



**ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-006-2022, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SUMINISTRO DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.**

EN LA CIUDAD DE XALAPA ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS** DEL DÍA **DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3 Y 6.4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, XALAPA, VER., LOS C.C. **LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES; **ARAM CASTILLO MACIAS** REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA; **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **L.C. SARAHÍ MAZA RIVERA**, COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LA **L.C. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS** REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADOS MEDIANTE OFICIO No. **OIC/SS-SESVER/FI/1047/2022** Y LAS EMPRESAS PARTICIPANTES: **DICIPA, S.A. DE C.V., LABORATORIO MÉDICO TADEO S.A. DE C.V., EQUIVER S.A. DE C.V., BIODIST S.A. DE C.V. GRUPO LICON, S.A.,** REPRESENTADAS POR **MIGUEL ÁNGEL BRIONES HERNÁNDEZ, JOSÉ CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ, VIRIDIANA ORTEGA GUERRERO. ISRAEL GOYTIA SIL Y FRANCISCO MANUEL VELASCO MARÍN, RESPECTIVAMENTE;** A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **LPN-103T00000-006-2022, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SUMINISTRO DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.**

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRÓ BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.-----
- 2.- PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITANTES. -----
- 3.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. -----
- 4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. -----
- 5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO. -----

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top, a circle with a dot, and the number '165'.

Handwritten signature in blue ink on the left margin.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right, including a large signature and a circle with a dot.



-----HECHOS-----

1.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
C. ARAM CASTILLO MACIAS	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
LIC. JOSE LUIS LÓPEZ	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
L.C. SARAHÍ MAZA RIVERA	COTIZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO
L.C. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, ASÍ COMO DE LOS REPRESENTANTES QUE ASISTIERON A ESTE ACTO. -----

POR EL LICITANTE

EMPRESA	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DICIPA, S.A. DE C.V.	MIGUEL ÁNGEL BRIONES HERNÁNDEZ
LABORATORIO MÉDICO TADEO S.ADE C.V.,	JOSÉ CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ
EQUIVER S.A DE C.V.,	VIRIDIANA ORTEGA GUERRERO.
BIODIST S.A. DE C.V.	ISRAEL GOYTIA SIL
GRUPO LICON, S.A.	FRANCISCO MANUEL VELASCO MARÍN

QUIENES ACREDITAN SU PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SU PARTICIPACIÓN DE ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA BASE NUMERAL 6.2-----

3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES MEDIANTE OFICIO SESVER/SAH/DATH/5038/2022 SIGNADO POR LA DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO, DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA, SE SOLICITARON LAS MODIFICACIONES SIGUIENTES:

MODIFICACIÓN 1.- EN LAS BASES

DICE	DEBE DECIR
PRUEBAS EFECTIVAMENTE REALIZADA	PRUEBA ENTREGADA

MODIFICACIÓN 2.- NUMERAL 1.2 SE AGREGA EL SIGUIENTE PUNTO.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the number '165' and several illegible signatures.



**DEBE DECIR**

De acuerdo al numeral 1.2, relacionado a las visitas a las instalaciones, se aclararán los siguientes puntos:  
Para las unidades médicas Centro de Salud con Servicios Ampliados de Zontecomatlán y Nuevo Hospital Coatzacoalcos, son unidades que a la fecha no se encuentran en operación, por lo que la falta de visitas a estas unidades no es motivo de descalificación, así mismo, para el proveedor que resulte adjudicado, le será notificado con anticipación, el inicio de operaciones para que pueda programar el inicio del servicio.  
Dada la contingencia sanitaria en la que nos encontramos en este momento, si al realizar la visita no se encuentra al Director de la unidad, podrá ser firmada la constancia, por el administrador o encargado de la unidad. Lo anterior, sin ser motivo de descalificación.

**MODIFICACIÓN 3.- NUMERAL 7.2.33 SE AGREGA EL SIGUIENTE PUNTO.**

DICE	DEBE DECIR
7.2.33.-	7.2.33.- ESCRITO LIBRE EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE SER ADJUDICADO LIBERA A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL, LABORAL, ADMINISTRATIVA, DAÑO MATERIAL, ACCIDENTES, PÉRDIDAS HUMANAS Y DE CUALQUIER ÍNDOLE, QUE PUDIERA INTERPONER EN CONTRA DE SESVER EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

**MODIFICACIÓN 4- NUMERAL 7.3 ULTIMO PÁRRAFO**

DICE	DEBE DECIR
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, ES RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DATOS PERSONALES DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-006-2022, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY NÚMERO 316 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ASÍ COMO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.	EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, ES RESPONSABLE DEL RESGUARDO <b>Y TRATAMIENTO</b> DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-006-2022, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY NÚMERO 316 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ASÍ COMO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.

*[Handwritten signature]*  
591

**EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, REMITIDAS MEDIANTE OFICIO No. SESVER/DAM/SAH/DATH/5878/2022, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022.**

*[Handwritten marks and signatures]*



1.- IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	FICHAS TÉCNICAS: ANALIZADOR DE COAGULACIÓN ALTO RENDIMIENTO: PUNTO 2 SOLICITAN PRINCIPIO DE MEDICIÓN: MECÁNICO Y/O FOTO ÓPTICO, CON MEDICIÓN DE ICTERICIA, LIPEMIA Y HEMOLISIS EN LAS MUESTRAS DE PACIENTES. DETECCIÓN DE COAGULO. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DETECTE LA PRESENCIA DE COÁGULOS FORMADOS EN LA MUESTRA ¿ES CORRECTO? ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	FICHAS TÉCNICAS: ANALIZADOR DE COAGULACIÓN ALTO RENDIMIENTO: PUNTO 3 VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: MÍNIMO 200 PRUEBAS POR HORA EN BASE AL TIEMPO DE PROTROMBINA. GARANTIZANDO EL OPORTUNO PROCESO DE MUESTRAS, PRONTA ENTREGA DE RESULTADOS Y CUBRIENDO LAS NECESIDADES DE PRUEBAS DEL LABORATORIO, SE PUEDE OFERTAR EQUIPO QUE REALICE MÍNIMO 110 TP/HORA, CON 8 CANALES DE LECTURA Y DETECTE INTERFERIAS POR HIL, DETECCIÓN DE COAGULO Y QUE LE PRIMER RESULTADO DE TP SE OBTIENE A LOS 3 MINUTOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
3	FICHAS TÉCNICAS: ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 1 PUNTO 2 SISTEMA MECÁNICO DE MEDICIÓN DE COÁGULOS. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE Y PARA FAVORECER A LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN AUTOMATIZADO, CON PRINCIPIO DE MEDICIÓN FOTO-ÓPTICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
4	FICHAS TÉCNICAS: ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 1 PUNTO. 9 CAPACIDAD DE INCUBACIÓN DE 4 MUESTRAS Y UN REACTIVO. PODEMOS OFERTAR EQUIPO AUTOMATIZADO CON CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 175 PRUEBAS EN BASE TP/HORA CON ÁREA DE CARGA Y ANÁLISIS DONDE LA MUESTRA Y REACTIVO SE PIPETEAN PARA SER MEZCLADOS, SE MANTIENEN A TEMPERATURA DE 37° C +/- 1° C ASEGURANDO UNA TEMPERATURA ÓPTIMA PARA LA LECTURA DE PRUEBA Y CAPACIDAD DE 22 REACTIVOS Y 40 MUESTRAS ABORDO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
5	FICHAS TÉCNICAS: ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 1 PUNTO 10. CAPACIDAD DE AHORRO DE REACTIVO. CONSIDERANDO QUE NUESTRO EQUIPO ES UN SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO, CUENTA CON UN SISTEMA DE PIPETEADO DE REACTIVO Y MUESTRAS CONTROLADA, DISMINUYENDO LA INTERVENCIÓN DEL ANALISTA, Y POR CONSIGUIENTE EL USO DE LE REACTIVO ES MAS OPTIMO, ES CORRECTO NUESTRA APRECIACIÓN O BIEN PODRÍAN ACLARAR A QUE SE REFIEREN CON AHORRO DE REACTIVO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE, QUE EL EQUIPO GASTE REACTIVO SOLO CON LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA, ESTO ES, NO EXISTA MERMA.
6	FICHAS TÉCNICAS: ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 2 PUNTO 2. MÉTODO DE DETECCIÓN DE COAGULO MECÁNICO. PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR EQUIPO CON METODOLOGÍA ÓPTICA PARA LA DETECCIÓN DEL COÁGULO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
7	FICHAS TÉCNICAS: ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 2 PUNTO 5 VOLUMEN DE MUESTRAS 50 µL. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO CON VOLUMEN MÁXIMO DE MUESTRA DE 150 UL, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.



8	<p>FICHAS TÉCNICAS: ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 2 PUNTO 6. CAPAZ DE PROCESAR FACTORES DE COAGULACIÓN Y PRUEBAS ESPECIALES. CONSIDERANDO QUE LA MAYORÍA DE LAS UNIDADES HACEN SOLO PRUEBAS DE TIEMPO DE PROTROMBINA Y PARCIAL DE TROMBOPLASTINA Y PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INSTRUMENTOS CAPACES DE PROCESAR TP, TTPA, FIBRINÓGENO, TROMBINA Dímero D YA QUE EN NINGUNA UNIDAD PUEDEN FACTORES DE COAGULACIÓN Y PRUEBAS ESPECIALES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA</b>, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
9	<p>FICHAS TÉCNICAS: ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 2 PUNTO 7 CAPACIDAD DE CARGA CONTINUA. CONSIDERANDO QUE SOLICITAN UN EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO, LA CARGA DE MUESTRAS DEPENDE DEL ANALISTA POR LO QUE SOLICITAMOS A LA AMBLE CONVOCANTE CONSIDERAR LA CARGA CONTINUA COMO OPCIONAL YA QUE APLICA SOLO PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA</b>, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
10	<p>FICHAS TÉCNICAS: ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 2 PUNTO 8. VELOCIDAD DE 40 PRUEBAS POR HORA. DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LAS UNIDADES HACEN SOLO PRUEBAS DE TIEMPO DE PROTROMBINA Y PARCIAL DE TROMBOPLASTINA Y GARANTIZANDO EL OPORTUNO PROCESO DE MUESTRAS, PRONTA ENTREGA DE RESULTADOS Y CUBRIENDO LAS NECESIDADES DE PRUEBAS DEL LABORATORIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INSTRUMENTOS CON UNA VELOCIDAD MÍNIMA DE 30 PRUEBAS POR HORA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA</b>, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
11	<p>FICHAS TÉCNICAS: ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 2 PUNTO 10. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS. PREGUNTA: CUBRIENDO LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO Y CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE PROCESO, Y PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN LOS QUE SE IDENTIFIQUEN MANUALMENTE LAS MUESTRAS EN EL MOMENTO DEL PROCESO, ESTO SIN AFECTAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE RESULTADOS, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE LOTES DE REACTIVOS, SIENDO OPCIONAL EL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA</b>, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
12	<p>FICHAS TÉCNICAS: ANALIZADOR DE ELECTROLITOS ALTO RENDIMIENTO PUNTO 7 CONTROL DE CALIDAD A TRES NIVELES. PODEMOS OFERTAR ANALIZADOR EL CUAL MANEJE CONTROL DE CALIDAD INTERNO A DOS NIVELES, RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, OTORGANDO A LA INSTITUCIÓN MAYOR RAPIDEZ EN EL PROCESO Y CON LA MISMA CALIDAD ANALÍTICA QUE EL PROCESAR CON 3 NIVELES. MEJORANDO TIEMPOS DE RESPUESTA Y DE ATENCIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA</b>, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
13	<p>FICHAS TÉCNICAS: ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS ALTO RENDIMIENTO PUNTO 7 CAPACIDAD DE ALMACENAR 10000 RESULTADOS. SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE PROPONER ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS QUE CUENTE CON ALMACENAMIENTO EN MEMORIA DE 1000 DATOS DE RESULTADOS EN MEMORIA, CON CAPACIDAD DE INTERFACE, SIN QUE ESTO AFECTE EL RENDIMIENTO DEL ANALIZADOR, ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA</b>, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
14	<p>FICHAS TÉCNICAS ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3 PUNTO 3 SOLICITAN VELOCIDAD DE 200 PRUEBAS POR HORA DE MANERA CONSTANTE Y HASTA 400</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA</b>, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1691

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



	PRUEBAS POR HORA CON ISE (K, NA, CL), SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE OFRECER EQUIPO CON VELOCIDAD DE 277 PRUEBAS POR HORA DE MANERA CONSTANTE Y HASTA 387 PRUEBAS POR HORA CON ISE (NA, K Y CL) SIN QUE ESTO AFECTE LA OPERACIÓN NI PRODUCTIVIDAD DEL ANALIZADOR.	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
15	FICHA TÉCNICA DEL ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3 PUNTO 4 SOLICITAN REACTIVO/(BANDEJA DE MUESTRA CON 80 POSICIONES PARA REACTIVOS Y 40 POSICIONES PARA MUESTRAS EN COMPARTIMIENTO REFRIGERADO (2-80C), SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE OFRECER EQUIPO CON BANDEJA DE MUESTRA CON 56 POSICIONES PARA REACTIVOS EN COMPARTIMIENTO REFRIGERADO (2-80C) Y 68 POSICIONES PARA MUESTRAS SIN QUE ESTO AFECTE LA OPERACIÓN NI PRODUCTIVIDAD DEL ANALIZADOR	<b>SE ACEPTA PROPUESTA</b> , SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
16	PARTIDA 1 ÁREA TÉCNICA QUÍMICA CLÍNICA PRUEBAS ESPECIALES, SUBPARTIDA 1.28 AMONIO, 1.30 COLINESTERASA, 1.32 PÉPTIDO NATRIURÉTICO TIPO B, 1.33 B12, 1.34 FOLATO, 1.35 HAVAB DEBIDO A QUE SU DEMANDA ES MUY BAJA Y PARA OPTIMIZAR COSTOS A LA SECRETARIA DE SALUD. SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE SE PUEDAN MAQUILAR O TRABAJAR EN LABORATORIOS EXTERNOS LAS PRUEBAS ¿SE ACEPTA?	<b>APEGARSE A LAS BASES</b> , REFERIRSE AL PUNTO 1, PRIMER PÁRRAFO.
17	PARTIDA 1, ÁREA TÉCNICA QUÍMICA CLÍNICA PRUEBAS ESPECIALES, SUBPARTIDA 1.37 HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, CONSIDERANDO QUE EL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL DE ESTAS PRUEBAS NO ES MAYORES A LAS 100 PRUEBAS MENSUALES, LO QUE IMPLICA UN PROCESO DE 10 PRUEBA POR DÍA MÁXIMO Y CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL USO DE REACTIVO SOLICITAMOS A LA MABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO ADICIONAL SEMI AUTOMATIZADO CON PRUEBA INDIVIDUALES SIN MERMA DE REACTIVO. ¿SE ACEPTA?	<b>SE ACEPTA PROPUESTA</b> , SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
18	ANEXO TÉCNICO. SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO.  ¿ES POSIBLE ENTREGAR LA REFERENCIA TÉCNICA EN FORMATO EXCEL? ESTO DEBIDO A QUE EN LA BASES ESTÁN COMO IMAGEN ¿SE ACPETA?	TODAS LAS FICHAS TÉCNICAS ESTÁN EN FORMATO PDF, PARA PARTICIPAR, DEBERÁN ELABORAR SU PROPUESTA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA OFERTADO POR SU EMPRESA (ANEXO 2A). TOMANDO COMO REFERENCIA LA FICHA DE LAS BASES.
19	ANEXO TÉCNICO FICHAS TÉCNICAS SOLICITAN: (ÚLTIMO PUNTO DE CADA FICHA TÉCNICA) CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIIS O ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) O TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS). PREGUNTA: PARA EL CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO Y CONSIDERANDO QUE EXISTENTE DIFERENTES EMPRESAS AUDITORAS Y BIENES DE DIFERENTE PAÍS DE ORIGEN; SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON DICHO PUNTO, NOS PERMITAN PRESENTAR CERTIFICADO TUV Y/O CE Y/O FDA Y/O CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485, ¿SE ACEPTA?	<b>SE ACEPTA PROPUESTA</b> , SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
20	ANEXO TÉCNICO FICHAS TÉCNICAS SOLICITAN: (ÚLTIMO PUNTO DE CADA FICHA TÉCNICA) CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIIS O ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) O TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS). PREGUNTA: PARA EL CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO Y CONSIDERANDO LA SITUACIÓN ACTUAL DE PANDEMIA POR LA QUE ATRAVIESA EL MUNDO, LO QUE OCASIONA RETRASOS EN LA EMISIÓN DE CERTIFICACIONES,	<b>SE ACEPTA PROPUESTA</b> , SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

169

2



	COMO ES EL CASO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO; MOTIVO POR EL CUAL, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR EL ÚLTIMO CERTIFICADO DE CALIDAD ISO JUNTO CON LA CARTA PUENTE (BRIDGE LETTER), DONDE LA EMPRESA AUDITORA SEÑALA QUE ESTÁ EN PROCESO DE COMPLETAR LA ETAPA DE REVISIÓN PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO VIGENTE, ¿SE ACEPTA?	
21	ANEXO TÉCNICO FICHAS TÉCNICAS SOLICITAN: (ÚLTIMO PUNTO DE CADA FICHA TÉCNICA) CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS O ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) O TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS). PREGUNTA: PARA EL CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO Y CONSIDERANDO LA SITUACIÓN ACTUAL DE PANDEMIA POR LA QUE ATRAVIESA EL MUNDO, LO QUE OCASIONA RETRASOS EN LA EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, COMO ES EL CASO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO; MOTIVO POR EL CUAL, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR EL ÚLTIMO CERTIFICADO DE CALIDAD ISO JUNTO CON UNA CARTA COMPROMISO POR PARTE DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DONDE SE COMPROMETA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A ENTREGAR EL CERTIFICADO VIGENTE UNA VEZ QUE LA EMPRESA AUDITORA LIBERE DICHO CERTIFICADO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
22	ANEXO TÉCNICO FICHAS TÉCNICAS SOLICITAN: (ÚLTIMO PUNTO DE CADA FICHA TÉCNICA) CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS O ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) O TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS). PREGUNTA: PARA EL CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO Y CONSIDERANDO LA SITUACIÓN ACTUAL DE PANDEMIA POR LA QUE ATRAVIESA EL MUNDO, LO QUE OCASIONA RETRASOS EN LA EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, COMO ES EL CASO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO; MOTIVO POR EL CUAL, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO DEL FABRICANTE LEGAL, ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LA RESPUESTA ANTERIOR.

*[Handwritten signature]*

2.- LABORATORIOS LICON, S.A.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PEGUNTAS	RESPUESTAS
1	PUNTO 1: DE LA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO SOLICITADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN, Y CONDICIONES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DEL MISMO. PUNTO 1.5. SOLICITAN MANUAL DE SERVICIO QUE CONTENGAN LOS DIAGRAMAS MECANICOS, ELECTRICOS Y/O ELECTRÓNICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE LAS GUIAS MECANICAS EN ESPAÑOL O CON TRADUCCIÓN SIMPLE, DONDE VIENEN INDICADAS LAS ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS, PARA PODER CUMPLIR CON ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	EL PUNTO CORRESPONDE AL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO Y DEBE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
2	PUNTO 1: DE LA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO SOLICITADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN, Y CONDICIONES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DEL MISMO. PUNTO 1.5. SOLICITAN OFICIO EMITIDO POR COFEPRIS EN EL QUE ESTABLEZCA QUE LOS EQUIPOS NO REQUIEREN REGISTRO	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO VENGAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS BIENES E INSUMOS QUE REFIEREN EN SU PROPUESTA NO REQUERIR REGISTRO SANITARIOS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

165

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	<b>SANITARIO.</b> SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS INSUMOS Y/O EQUIPOS QUE DEBIDO A SU NATURALEZA NO REQUIEREN DE UN REGISTRO SANITARIO, SE PRESENTE EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", <b>PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014.</b> SEÑALADO ADECUADAMENTE EN EL LISTADO A LOS QUE LES APLIQUE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
3	<b>FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN ALTO RENDIMIENTO. PUNTO NO. 3. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO MÍNIMO 200 PRUEBAS POR HORA EN BASE AL TIEMPO DE PROTROMBINA.</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR DE COAGULACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO, CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 PRUEBAS/POR HORA, TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRUEBA DE TP, OBTENIENDO EL PRIMER BLOQUE DE RESULTADOS EN 2 MINUTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
4	<b>FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN ALTO RENDIMIENTO. PUNTO NO. 5 MÍNIMO 10 CANALES DE MEDICIÓN.</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR DE COAGULACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO, QUE CUENTE CON 8 CANALES DE MEDICIÓN: 4 ÓPTICOS Y 4 MECANICOS Y QUE PUEDAN TRABAJAR DE FORMA SIMULTÁNEA O INDEPENDIENTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
5	<b>FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN ALTO RENDIMIENTO. PUNTO NO. 11. CON PERFORADOR DE TAPON DE TUBOS PRIMARIOS.</b> DERIVADO DE LA PREVIA VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE COAGULOS Y FORMACIÓN DE FIBRINA, LOS TUBOS DE MUESTRAS TIENEN QUE SER ABIERTOS COMO PARTE DEL PROCESO DE LA ETAPA PRE ANALÍTICA, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTA ESPECIFICACIÓN PUEDA SER OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
6	<b>CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS VIGENTE Ó ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PARA PODER CUMPLIR CON ESTE PUNTO, NOS PERMITA INCLUIR YA SEA EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS VIGENTE Ó ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS) Ó ISO 13485. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
7	<b>FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 1. PUNTO 2. SISTEMA ÓPTICO DE 2 CANALES DE MEDICIÓN.</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR DE COAGULACIÓN DE BAJO RENDIMIENTO TIPO 1. CON 1 CANAL DE MEDICIÓN, CON AHORRO DE REACTIVO, UTILIZANDO UNA CUARTA PARTE DEL VOLUMEN DE REACTIVO DE UNA PRUEBA MANUAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
8	<b>FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 1. PUNTO 2. SISTEMA ÓPTICO DE 2 CANALES DE MEDICIÓN Y PUNTO NO. 5. SISTEMA MECÁNICO DE MEDICIÓN DE COÁGULOS.</b> SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR DE COAGULACIÓN DE BAJO RENDIMIENTO TIPO 1. CON 1 CANAL DE MEDICIÓN, CON SISTEMA DE DETECCIÓN MECANICO EL CUÁL GARANTIZA EL PROCESO DE MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTERICAS Y HEMOLIZADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.

*[Handwritten signature]*

1691

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



9	<p><b>FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 1. PUNTO 13. INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL USUARIO EN EL LUGAR DE DESTINO DEL EQUIPO.</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS DE APERTURA A REALIZAR CAPACITACIONES A LOS USUARIOS VÍA REMOTA, PARA LOS ANALIZADORES DE COAGULACIÓN DE BAJO RENDIMIENTO TIPO 1, CONSIDERANDO QUE LA MAYORÍA DE LAS UNIDADES SON HOSPITALES COMUNITARIOS, AGILIZANDO LA CAPACITACIÓN EN ESTOS HOSPITALES YA QUE SE ELIMINA TIEMPO Y DISTANCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.</b></p>
10	<p><b>FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 1. PUNTO NO. 11. ACTUALIZACIÓN EN LINEA.</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTA ESPECIFICACIÓN SEA OPCIONAL, SIENDO QUE LOS ANALIZADORES DE COAGULACIÓN DE BAJO RENDIMIENTO TIPO 1, SUELEN SER DE CANAL ABIERTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</b></p>
11	<p><b>FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 2. PUNTO 7. CAPACIDAD DE CARGA CONTINUA Y PUNTO NO. 12. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA.</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR ESTAS DOS ESPECIFICACIONES COMO OPCIONALES, YA QUE AL SER CONSIDERADO COMO EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO, NO APLICA LA CAPACIDAD DE CARGA CONTINUA Y CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA, PORQUE NO ASPIRA, NO DILUYE Y NO DISPENSA AUTOMATICAMENTE, SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</b></p>
12	<p><b>INMUNOGÍA DE RUTINA MANUAL. SUB PARTIDA 1.132 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA VDRL.</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA ALTERNA, UNA PRUEBA NO TREPONÉMICA, CON PARTÍCULAS DE CARBÓN ACTIVADO, CUYA VENTAJA RADICA, EN QUE LA REACCIÓN ES FACILMENTE VISIBLE, YA QUE NO REQUIERE DE UN MICROSCÓPICO PARA VISUALIZAR LA REACCIÓN DE AGLUTINACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</b></p>
13	<p><b>ÁREA TÉCNICA. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICAS: SUB PARTIDA 1.53. ANTIESTREPTOLISINA (ASO), SUB PARTIDA 1.54 PROTEINA C REACTIVA (PCR) Y SUB PARTIDA 1.55 FACTOR REUMATOIDE (FR).</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, ALCARAR SI LOS HOSPITALES GENERALES (TANTOYUCA, TUXPAN, ALAMO Y PAPANTLA) QUE CONFORMAN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS I, II Y III. NO CUENTAN CON REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS MENSUALES DE ESTAS PRUEBAS. EN CASO DE QUE SI SE REQUIERAN, FAVOR DE INDICAR CANTIDADES.</p>	<p><b>NO CUENTA CON REQUERIMIENTO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN ESTÁS SUBPARTIDAS.</b></p>
14	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LA PRUEBA DE DIMERO D, REFERIDO EN EL APARTADO DE INMUNOLOGÍA DE RUTINA; SUB PARTIDA 1.87 DEL ANEXO TECNICO, PAGINA 58, COMO PARTE DEL ÁREA TÉCNICAS DE COAGULACIÓN; COAGULACIÓN PRUEBAS ESPECIALES DE FORMA ALTERNA A LA METODOLOGIA INMUNOLÓGICA.</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</b></p>
15	<p><b>ANEXO TÉCNICO. INMUNOLOGIA PRUEBAS ESPECIALES. SUB PARTIDA 1.87. COAGULACIÓN PRUEBAS ESPECIALES.</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR LA PRUEBA DE DIMERO D, COMO PARTE DEL ANEXO TÉCNICO, COAGULACIÓN PRUEBAS ESPECIALES PARA ANALIZADORES AUTOMATIZADOS DE COAGULACIÓN, COMO APOYO DIAGNÓSTICO PARA LOS HOSPITALES QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO ASOCIADO A COVID-19. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</b></p>

*[Handwritten signature]*

165

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



16	<b>EN CASO DE SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR, FAVOR DE INDICAR MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE DIMERO D.</b>	<b>LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS SERÁN LAS MISMAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO.</b>
17	<b>ANEXO TÉCNICO. INMUNOLOGIA PRUEBAS ESPECIALES. SUBPARTIDA 1.87.</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EL ENSAYO DEL DIMERO D Y HACERLO EXTENSIVO A CADA UNO DE LOS HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS QUE CONFORMAN LA RED DE LABORATORIOS CLINICOS DE SEVICIOS DE SALUD Y QUE CUENTEN CON PLATAFORMAS DE COAGULACIÓN DE BAJO RENDIMIENTO TIPO 1 Y TIPO 2, MEDIANTE UNA PRUEBA DE AGLUTINACION DE PARTICULAS DE LATEX PARA DESCARTAR TEP (TROMBOEMBOLISMO PULMONAR) EN PACIENTES EN ETAPA DE GESTACIÓN Y CON PROBLEMA DIAGNOSTICO DE PRECLAMPSIA O ECLAMPSIA. ¿SE ACEPTA?	<b>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</b>
18	<b>ANEXO TECNICO. COAGULACION PRUEBAS ESPECIALES, SUBPARTIDAS 1.101 Y 1.102. PARA LOS HOSPITALES DE LA REGION NORTE DEL ESTADO.</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LAS PRUEBAS DE FIBRINOGENO Y TIEMPO DE TROMBINA ASIGNADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ALAMO, SEAN EXTENSIVAS A HOSPITALES GENERALES COMO EL HOSPITAL GENERAL DR. EMILIO BALCAZAR EN LA CIUDAD DE TUXPAN Y HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL NIVEL HOSPITALARIO EN CUANTO AL NÚMERO DE CAMAS Y LOS DIAGNÓSTICOS QUE ELLOS SE ABORDAN. EN CASO DE SER ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA, FAVOR DE INDICAR LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS A ENTREGAR, CONSIDERANDO QUE AMBOS ENSAYOS SON PARAMETROS COMPLEMENTARIOS DIRECTAMENTE O INVERSAMENTE PROPORCIONALES A LA FORMACION DEL FIBRINOGENO.	<b>NO SE ACEPTA, YA QUE SON PRUEBAS URGENTES.</b>
19	<b>ANEXO TÉCNICO. INMUNOLOGIA DE RUTINA MANUAL. SUBPARTIDA 1.138 2-MERCAPTOETANOL.</b> ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE LA PRUEBA A SOLICITAR, SE REFIERE A LA CONFIRMATORIA, PARA ESTABLECER EL DIAGNOSTICO POR LOS GENEROS Y ESPECIES BRUCELLA MELITENSIS, BRUCELLA ABORTUS Y BRUCELLA SUIIS. FAVOR DE ACLARAR.	<b>ES UNA PRUEBA SELECTIVA QUE DETECTA LA PRESENCIA DE ANTICUERPOS IGG<sub>2</sub> DE LA BRUCELLA.</b>

### 3.- LABORATORIO MÉDICO TADEO, S.A. DE C.V.

#### A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	NUMERAL S/N. DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PROPORCIONEN LAS BASES DE LA LICITACION Y SUS ANEXOS EN FORMATOS EDITABLES EN WORD Y EXCEL, CON LA FINALIDAD DE DISPONER DE LA INFORMACION COMPLETAMENTE LEGIBLE Y EVITAR ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODA VEZ QUE LAS BASES PUBLICADAS TIENEN FALTANTES DE HOJAS Y EN ALGUNAS PAGINAS LA INFORMACION SE ENCUENTRA ILEGIBLE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	<b>SE ACEPTA, SOLICITARLO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</b>
2	NUMERAL 15 ULTIMO PARRAFO SOLICITAN LA PRESENTACION DE COPIA SIMPLE Y COMPLETA SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS (ANVERSO Y REVERSO) DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE O COMPROBANTE DEL TRAMITE DE SOLICITUD DE PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO O BIEN OFICIO EMITIDO POR LA COFEPRIS EN EL QUE SE ESTABLEZCA QUE LOS EQUIPOS NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO SOLICITADO,	<b>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO VENGAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS BIENES E INSUMOS QUE REFIEREN EN SU PROPUESTA NO REQUERIR REGISTRO SANITARIOS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</b>



	BASTARÁ CON ENTREGAR EL OFICIO O ACUERDO EMITIDO POR LA COFEPRIS Y/O EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, SEÑALANDO LOS BIENES OFERTADOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, Y DONDE SE IDENTIFIQUEN DE MANERA CLARA LOS EQUIPOS, INSUMOS Y REACTIVOS OFERTADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	
3	NUMERAL 7.1.2 LA DOCUMENTACION QUE INTEGRO LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEBERAN RESPETAR EL ORDEN SEÑALADO EN LOS PUNTOS 7.2 Y 7.3 DE LAS PRESENTES BASES, UTILIZANDO SEPARADORES Y FOLIANDO EL TOTAL DE LAS HOJAS QUE LA INTEGREN... PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR FOLIADA LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA, PERO SE DEBERA RESPETAR EL ORDEN EN LA INTEGRACION DE PROPUESTAS. SEGÚN LO SEÑALADO EN LAS BASES DE LICITACION. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
4	NUMERAL 7.1.3 SEGUNDO PARRAFO NUMERAL 7.2 NUMERAL 7.2.2 PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS DEBERAN SER FIRMADAS DE MANERA AUTOGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE, Y SE DEBERA INTEGRAR COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
5	PUNTO 7, INCISO 7.2 SUBINCISO 7.2.6 PARRAFO TERCERO, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE Y COMPLETO SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS (ANVERSO Y REVERSO) DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS. PREGUNTA: TOMANDO EN CONSIDERACION LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS SOLICITADOS Y QUE SE DEBERAN INTEGRAR DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA DE EQUIPOS, INSUMOS Y REACTIVOS, SEÑALANDO DE MANERA CLARA LA CORRESPONDENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE ENTREGUE LA TOTALIDAD DE REACTIVOS, CONTROLADORES, CALIBRADORES Y EQUIPOS.
6	PUNTO 7, INCISO 7.2 SUBINCISO 7.2.6 PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LAS HOJAS DE LOS MANUALES, FOLLETOS U HOJAS DE REFERENCIA, DONDE SE SEÑALEN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS FICHAS TECNICAS, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE REALIZARA LA ENTREGA DE MANUALES COMPLETOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO VENGAN DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, Y LAS HOJAS IDENTIFICADAS AL MANUAL, FOLLETO, ETC., DEL FABRICANTE QUE CORRESPONDAN, SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS.
7	PUNTO 7, INCISO 7.2 SUBINCISO 7.2.6 DICE: " SE DEBERAN DE ADJUNTAR A ESTOS FORMATOS LOS CATALOGOS, FOLLETOS, FICHAS TECNICAS DE LOS REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS QUE PROPORCIONARÁ EN CALIDAD DE COMODATO, EN IDIOMA ESPAÑOL... PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REALIZAR LA ENTREGA DE HOJAS DE LOS CATÁLOGOS FOLLETOS, FICHAS TECNICAS, HOJAS DE MANUALES DE LOS EQUIPOS, INSUMOS Y REACTIVOS EN IDIOMA INGLES, CON TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL DE LOS PUNTOS REFERENCIADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO VENGAN DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, Y LAS HOJAS IDENTIFICADAS AL MANUAL, FOLLETO, ETC., DEL FABRICANTE QUE CORRESPONDAN.
8	PUNTO 7 INCISO 7.2 SUBINCISO 7.2.6 ULTIMO PÁRRAFO, SOLICITAN CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION DE COFEPRIS O DEL PAIS DE ORIGEN. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE REQUISITO, SERA SUFICIENTE LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE AL PAIS DE ORIGEN, LOS CUALES PUEDEN SER CERTIFICADO ISO, CE O JIS, FDA O TUV, DE LOS EQUIPOS, INSUMOS Y REACTIVOS, Y	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



	ESTOS PODRAN SER PRESENTADOS POR GRUPOS O FAMILIAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
9	PUNTO 7, INCISO 7.2 SUBINCISO 7.2.6 INFORME DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS DE LOS REACTIVOS INSUMOS Y EQUIPOS EN COMODATO, QUE SE COTIZAN EN FUNCION DE LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA COMO CATALOGOS, FOLLETOS DE ESPECIFICACIONES, MANUALES SERÁN APLICABLES SOLAMENTE PARA LOS EQUIPOS Y LA PRESENTACION DE REGISTRO SANITARIO, OFICIO DE COFEPRIS, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION DEL PAIS DE ORIGEN, APLICARÁN TANTO PARA EQUIPOS COMO PARA INSUMOS Y REACTIVOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	<b>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</b> , DEBERÁ DE ENTREGAR CATÁLOGOS, FOLLETOS DE ESPECIFICACIONES, MANUALES, REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTE DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SEGÚN EL ANEXO NO. 2A, ASÍ COMO REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE DE TODOS LOS REACTIVOS DEL ANEXO NO. 2.
10	NUMERAL 7.2.7 SOLICITAN CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE SER PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERA INSTALAR UNA OFICINA DENTRO DEL ESTADO QUE DEBEA CON EL SERVICIO TECNICO PARA LA ATENCION TECNICA INMEDIATA DE LAS UNIDADES MEDICAS, CAPACITACION Y GESTION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL DEBERA PROPORCIONAR LA DIRECCION Y TELEFONO DE CONTACTO. PREGUNTA: ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION Y TELEFONO DE CONTACTO, SERAN PROPORCIONADOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ES ESTO CORRECTO?	<b>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</b> , DEBERÁ ENTREGAR LA CARTA CON LOS DATOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 7.2.7.
11	NUMERAL 7.2.11 ANEXO NO. 6 DICE: "...EN EL CUAL ESPECIFICARA DIRECCION, TELÉFONO, NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ATENDER DURANTE LA VISITA, HORARIO Y DIAS DE ATENCION" PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE LA INFORMACION REQUERIDA SERA ENTREGADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ES ESTO CORRECTO?	<b>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</b> , DEBERÁ ENTREGAR LA CARTA CON LOS DATOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 7.2.11.
12	NUMERAL 7.2.13 ANEXO NO. 8 ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SE INDIQUE EL DOMICILIO, CORREO ELECTRONICO EN EL QUE PODRAN RECIBIR LAS NOTIFICACIONES, CITATORIOS, EMPLAZAMIENTOS REQUERIMIENTOS, SOLICITUD DE INFORMES O DOCUMENTOS.... PREGUNTA: LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO SOLICITADO, PUEDE SER EL UBICADO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, ES ESTO CORRECTO?	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</b>
13	NUMERAL 7.2.17 METODOLOGIA PARA EL SUMINISTRO. PREGUNTA: AMABLEMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA LA PRESENTACION DEL FLUJOGRAMA, EN DIAGRAMA DE FLUJO Y/O EN ESCRITO LIBRE, DE TAL FORMA QUE SE INCLUYAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO ALMACENAMIENTO Y LOGISTICA DE DISTRIBUCION. SE ACEPTA?	<b>SE ACEPTA PROPUESTA</b> , SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
14	PUNTO 7 INCISO 7.2 NUMERAL 7.2.19 EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO NO 13 FORMATO DE CONSTANCIAS DE VISITAS HOSPITALARIAS DEBIDAMENTE REQUISITADO CON FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR Y/O ADMINISTRADOR DE CADA UNIDAD MEDICA. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE EN EL PRESENTE NUMERAL SE ENTREGARA EL ANEXO 13 DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO EN ORIGINAL, ASÍ COMO EL ESCRITO EN FORMATO LIBRE SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1 ULTIMO PARRAFO EN COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, INFORMACION QUE CONTIENE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, Y DANDO CUMPLIMIENTO AL PRESENTE NUMERAL ¿ES ESTO CORRECTO?	SE DEBERÁ ENTREGAR EL FORMATO 13 DE VISITAS.
15	NUMERAL 7.2.26 LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR COMO MINIMO FOTOCOPIA 2 CONTRATOS FORMALIZADOS CON CUALQUIER ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA O DEPENDENCIA DE ESTA U OTRA ENTIDAD FEDERATIVA, POR EL SERVICIO SOLICITADO. PREGUNTA: DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR FALLOS DE ADJUDICACION, DONDE SE SEÑALEN DE MANERA CLARA QUE	<b>NO SE ACEPTA</b> , SE DEBE PRESENTAR COMO MINIMO DOS CONTRATOS.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

165

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



	CORRESPONDE A SERVICIOS SIMILARES A LOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.	
16	NUMERAL 7.2.31 ESCRITO LIBRE DE PARTICIPANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ACEPTA QUE LA CONVOCANTE PODRA REALIZAR VISITAS A SUS INSTALACIONES PREVIO A LA EMISION DEL FALLO EN CUAL ESPECIFICARÁ DIRECCION TELEFONO, NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ATENDER DURANTE LA VISITA HORARIO Y DIAS DE ATENCION. PREGUNTA: LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO SOLICITADO, PUEDE SER EL UBICADO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, ES ESTO CORRECTO?	EN DONDE ESTE UBICADA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.
17	FICHAS TECNICAS. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA TODOS AQUELLOS PUNTOS Y/O NUMERALES EN LOS CUALES NO SEA POSIBLE REFERENCIAR DE MANERA TEXTUAL LA FUNCION SOLICITADA, PERO QUE EL EQUIPO LO REALIZA Y CUMPLE, SE PERMITA PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL LICITANTE, DONDE SE SEÑALE EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL EN CUESTION. SE ACEPTA?	<b>SE ACEPTA PROPUESTA</b> , SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
18	FICHAS TECNICAS. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN LOS NUMERALES DONDE SE REQUIEREN MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO, SE PERMITA PRESENTAR ESCRITO DEL LICITANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE SE MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS MANUALES SOLICITADOS, SE ACEPTA?	<b>SE ACEPTA PROPUESTA</b> , SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
19	FICHAS TECNICAS PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN LOS NUMERALES DONDE SE REQUIERE LA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL USUARIO EN EL LUGAR DE DESTINO DEL EQUIPO, SE PERMITA REFERENCIAR EL NUMERAL CON ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE COMPROMETE A REALIZAR LO SOLICITADO. SE ACEPTA?	<b>SE ACEPTA PROPUESTA</b> , SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
20	FICHAS TECNICAS - EQUIPO DE APOYO CENTRIFUGAS, MICROSCOPIOS, REFRIGERADORES, AGITADOR DE PLACAS, AGITADOR PARA TUBOS, REFRIGERADOR, AUTOCLAVE, ESTUFA DE CULTIVO, CONTADOR CELULAS PREGUNTA: PARA LOS EQUIPOS DE APOYO SEÑALADOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, SIN QUE RESULTE NECESARIO LA ENTREGA DE CATALOGOS Y FOLLETOS PARA ESTOS BIENES. SE ACEPTA?	<b>SE ACEPTA PROPUESTA</b> , SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA, ESPECIFICANDO MARCAS Y MODELOS A PROPORCIONAR.
21	FICHAS TECNICAS COMPUTADORAS DE APOYO DE BAJO Y MEDIANO RENDIMIENTO PREGUNTA: PARA LOS BIENES INFORMATICOS DE APOYO SOLICITADOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, SIN QUE RESULTE NECESARIO LA ENTREGA DE CATALOGOS Y FOLLETOS PARA ESTOS BIENES. SE ACEPTA?	<b>SE ACEPTA PROPUESTA</b> , SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA, ESPECIFICANDO MARCAS Y MODELOS A PROPORCIONAR.
22	7.2.12 ANEXO NO. 7 CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O FILIAL EN MEXICO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O SUBDISTRIBUIDOR. PREGUNTA: LA CARTA DE RESPALDO APLICARA PARA LOS REACTIVOS O INSUMOS Y LOS EQUIPOS PRINCIPALES ANALIZADORES, EQUIPO DE TROMBOELASTOMETRO, CITOMETRO DE FLUJO Y SISTEMA INFORMatico PARA LABORATORIO CLINICO, ES ESTO CORRECTO?	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>
23	NUMERAL 7.2.19, ANEXO NO. 13 CONSTANCIA DE VISITA PARA LOS SITIOS CERRADOS. PREGUNTA: TODA VEZ QUE ALGUNOS SITIOS (UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS SE ENCUENTRAN CERRADAS), COMO POR EJEMPLO ZONTECOMATLAN Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE	<b>APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN No. 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



	<p>COATZACOALCÓS, Y POR TAL MOTIVO NO FUE POSIBLE REALIZAR LA VISITA AL SITIO Y POR ENDE RECARAR FIRMAS Y SELLOS SOLICITADOS POR PARTE DEL DIRECTOR O ADMINISTRADOR, DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR ESCRITO DEL LICITANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, Y UNA VEZ QUE LAS INSTALACIONES SEAN APERTURADAS, SE COORDINARA LA VISITA CORRESPONDIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	
24	<p>ANEXO TÉCNICO ÁREA TÉCNICA PRUEBAS ESPECIALES SUBPARTIDA 1.137 AL 1.301 PREGUNTA, DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION EN LO REFERENTE A LAS PRUEBAS ESPECIALES SEÑALADAS, SE PERMITA PRESENTAR ESCRITO DEL LICITANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE, PARA PROCESAR LAS PRUEBAS SOLICITADAS, ESTAS SE PODRAN EFECTUAR POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES FORMAS: 1. SUBROGACIÓN DE LAS PRUEBAS EN UN LABORATORIO ALTERNO 2. PROCESAR LAS PRUEBAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN OTRAS ÁREAS TÉCNICAS 3. INSTALAR LOS EQUIPOS NECESARIOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p><b>SE ACEPTA</b>, SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE LA CALIDAD EN EL TRANSPORTE DE LA MUESTRA (PARA QUE NO SUFRA ALTERACIONES) MEDIANTE UN FLUJOGRAMA Y EL TIPO DE VEHÍCULO O TRANSPORTE QUE SE UTILIZARA PARA MOVER LA MUESTRA, ASÍ MISMO LA ENTREGA DE RESULTADOS DEBE REALICE EN UN PERIODO DE 1 A 3 DÍAS NATURALES. TODO CON CARTA COMPROMISO.</p>
25	<p>NUMERAL 7.1.3 SEGUNDO PARRAFO, DICE QUE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LAS INTEGRAN, ASÍ COMO LOS SOBRES QUE LAS CONTIENEN, DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL, CON LA FIRMA AUTÓGRAFA POR QUIEN LEGALMENTE TENGA FACULTADES PARA ASUMIR LAS OBLIGACIONES QUE DE ESTA LICITACION PUBLICA NACIONAL SE GENEREN. PREGUNTA: DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR LA FIRMA AUTÓGRAFA EN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CON FIRMA AUTÓGRAFA Y EN LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE PERMITA PRESENTAR CON RUBRICA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL QUE CUENTE CON FACULTADES PARA ASUMIR LAS OBLIGACIONES QUE DE ESTA LICITACION PUBLICA NACIONAL SE GENEREN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA</b> <b>PUNTO 10: DE LA DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.</b> <b>10.1.</b> SE DESCALIFICARÁ A LOS PARTICIPANTES QUE INCURRAN EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: <b>1. NO FIRMEN DE MANERA AUTÓGRAFA TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO LOS SOBRES QUE LAS CONTENGAN;</b></p>
26	<p>NUMERAL 7.2.6 FICHAS TECNICAS "INSUMOS A CONSIDERAR CON EL SUMINISTRO DE PRUEBAS" PREGUNTA: PARA LOS INSUMOS A CONSIDERAR CON EL SUMINISTRO DE PRUEBAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ASÍ COMO SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, SIN QUE RESULTE NECESARIO LA ENTREGA DE CATALOGOS Y FOLLETOS PARA ESTOS INSUMOS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA</b>, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
27	<p>7.2.12 ANEXO 7 CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O FILIAL EN MEXICO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O SUBDISTRIBUIDOR. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL LICITANTE, DONDE SE COMPROMETE A DAR CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION Y A REALIZAR LA ENTREGA DE LOS INSUMOS REQUERIDOS, SIN QUE RESULTE APLICABLE LA ENTREGA DEL ANEXO NO. 7 PARA LOS INSUMOS SEÑALADOS EN LA FICHA TECNICA COMO "INSUMOS A CONSIDERAR CON EL SUMINISTRO DE PRUEBAS". SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p><b>SE ACEPTA PROPUESTA</b>, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>



28	7.2.13 ANEXO NO. 8 PREGUNTA: DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR COMO ALTERNATIVA NUMERO FIJO, LOCAL, CELULAR, VINCULADO AL SERVICIO DE CENTRO DE ATENCION TELEFONICA Y QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. SE ACEPTA NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FUNCIÓN DE RESPUESTA INMEDIATA, Y QUE EL SERVICIO NO SE VEA AFECTADO POR FALTA DE CONTACTO CON LA EMPRESA.
----	---	--

**4.- INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.**

**A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO LEGAL**

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	ANEXO 7 (NOTA: EN CASO DE SER FABRICANTE Y/O FILIAL EN MEXICO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO, Y/O SUBDISTRIBUIDOR Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DEBERÁ DE MANIFESTARLO POR ESCRITO)  PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE TEXTO, SE DEBERA INCLUIR COMO PARTE DEL ANEXO O SE DEBERA INCLUIR UNA CARTA ADICIONAL?	DEBERÁ DE ESPECIFICAR EN LA CARTA DE RESPALDO SI LA EMPRESA ES FABRICANTE, TITULAR DEL REGISTRO Y/O FILIAL EN MÉXICO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO, (DEBIDAMENTE ESPECIFICADO EN EL REGISTRO SANITARIO) EN CASO DE SER SUBDISTRIBUIDOR, DEBERÁ MANIFESTARLO Y ANEXAR CARTA QUE RESPALDE SER DISTRIBUIDOR O SUBDISTRIBUIDOR AUTORIZADO. SIENDO PARTE DEL ANEXO.
2	ANEXO 7 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRA PRESENTAR UNA CARTA POR FABRICANTE Y/O FILIAL EN MEXICO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO, Y/O SUBDISTRIBUIDOR Y/O TITULAR DEL REGISTRO, DONDE SE INCLUYAN TODOS LOS EQUIPOS, REACTIVO O INSUMOS?	DEBERÁ ENTREGAR UNA CARTA DE APOYO POR EL EQUIPO, INSUMO Y REACTIVO DESCRITOS EN EL ANEXO 2 Y ANEXO 2A, DE SU PROPUESTA TÉCNICA.
3	PUNTO 7: INSTRUCCIONES PARA ELABORACION DE PROPOSICIONES 7.2 INCISO 7.2.6 ANEXO 2 REACTIVOS PROPUESTA TECNICA, LA COLUMNA QUE MENCIONA UNIDAD, HACE REFERENCIA A LA PRESENTACION DEL REACTIVO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REFIERE A PRUEBA ENTREGADA.
4	NUMERAL 7.1.2 LA DOCUMENTACION QUE INTEGRE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEBERAN RESPETAR EL ORDEN SEÑALADO EN LOS PUNTOS 7.2 Y 7.3 DE LAS PRESENTES BASES, UTILIZANDO SEPARADORES Y FOLIANDO EL TOTAL DE LAS HOJAS QUE LA INTEGREN... PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA EFECTUAR EL FOLIO POR CARPETA DE MANERA SEPARADA, RESPETANDO EL ORDEN DE LA NUMERACION DE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA Y/O ECONOMICA. SE ACEPTA NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

**B) DE CARÁCTER TECNICO**

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	ANEXO 2 A PROPUESTA TECNICA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA JUSTIFICAR LOS PUNTOS, NO REFERENCIABLES, CON UNA CARTA, BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, LA CUAL INDICARA QUE SE CUMPLIRA CON TODOS LOS PUNTOS A REFERENCIAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
2	ANEXO 2 A PROPUESTA TECNICA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA ENTREGAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, QUE, EN CASO DE SALIR ADJUDICADO, SE ENTREGARAN LOS MANUALES DE LOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?	LOS MANUALES SE TENDRÁN QUE ENTREGAR EN LAS UNIDADES MÉDICAS POR EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO. PARA LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ADJUNTAR CATÁLOGOS, FOLLETOS O FOTOGRAFÍAS, LOS INSTRUCTIVOS EN ORIGINAL, FICHAS TÉCNICAS, DIAGRAMAS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y/O

*[Handwritten signatures and initials]*



		ELECTRÓNICOS Y/O ESPAÑOL Y/O MANUALES DE LOS EQUIPOS, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS.
3	PARA LOS INSUMOS ADICIONALES COMO REFRIGERADORES, MICROSCOPIOS, CONTADOR DE CELULAS, ETC. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DECIR VERADAD, QUE, EN CASO DE SALIR ADJUDICADOS, NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR LOS EQUIPOS ADICIONALES, MICROSCOPIO, CENTRIFUGA, CONTADOR DE CELULAS, ETC..., ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
4	ANEXO 2 A CEDULA TECNICA: EQUIPO GASES MEDIANO RENDIMIENTO EL PUNTO 21 Y 22 SE REPITEN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTENOS INDIQUE SI DEBE QUEDAR LA FICHA TECNICA COMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE Y/O SE PUEDE ELIMINA UNO DE LOS PUNTO, YA QUE SE MODIFICARÍA LA CEDULA TECNICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE ELIMINA EL PUNTO 22 DE DICHA FICHA TÉCNICA.
5	ANEXO 2 A CEDULA TECNICA: EQUIPO CENTRIFUGA EL PUNTO 18 Y 19 SE REPITEN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTENOS INDIQUE SI DEBE QUEDAR LA FICHA TECNICA COMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE Y/O SE PUEDE ELIMINA UNO DE LOS PUNTO, YA QUE SE MODIFICARÍA LA CEDULA TECNICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE ELIMINA EL PUNTO 19 DE DICHA FICHA TÉCNICA.
6	ANEXO TÉCNICO. ÁREA TÉCNICA HEMOCULTIVOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL VOLUMEN DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DEMANDA ANUAL O MENSUAL.	ES CANTIDAD MENSUAL.
7	DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO AUTOMATIZADO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE VERIFICAR LAS UNIDADES EN DONDE SE ESTÁ SOLICITANDO EQUIPAMIENTO PARA HEMOCULTIVOS, DERIVADO QUE UNIDADES COMO EN COATEPEC SE SOLICITA EQUIPO PERO NO SE DECLARA VOLUMEN DE MUESTRAS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA UNIDAD MÉDICA MENCIONA NO SE LE INSTALARÁ EQUIPO DE HEMOCULTIVO.
8	FICHAS TÉCNICAS. ANALIZADOR PARA HEMOCULTIVOS ALTO RENDIMIENTO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO EN MUESTRAS DE SANGRE, MEDULA ÓSEA, LÍQUIDOS CORPORALES, CON UN SISTEMA PARA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO DE ALTA SENSIBILIDAD BASADO EN LA PRODUCCIÓN DE FLUORESCENCIA DEBIDO A LA DETECCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CO2 GENERADO POR EL METABOLISMO DEL CRECIMIENTO MICROBIANO, ADICIONADO DE RESINAS (DE 2 TIPOS) CON CAPACIDAD INHIBIR EL EFECTO ANTIBIÓTICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
9	INSUMOS POR CONSIDERAR CON EL SUMINISTRO DE PRUEBAS, INCISO 6. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE VOLUMEN Y TIPO DE AGAR (EN PLACA Y FRASCO), VOLUMEN DE MEDIO DE TRANSPORTE, VOLUMEN DE KIT DE TINCIÓN DE GRAM, VOLUMEN HISOPOS, ASÍ COMO TIPO Y VOLUMEN DE SENSIDISCOS REQUERIDOS.	LA CANTIDAD Y VOLUMEN DEBERÁ DE SER LA REQUERIDA POR LA UNIDAD MÉDICA.
10	FICHA TÉCNICA ANEXO 2 INMUNOLOGIA BAJO RENDIMIENTO, PUNTO TRES, SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARAE A QUE SE REFIERE CON VOLUMEN MAXIMO DE MUESTRA 200 AL DÍA.	SE REFIERE AL VOLUMEN MÁXIMO DE ASPIRACIÓN DE LA MUESTRA. (VOLUMEN MÁXIMO DE MUESTRA 200 µL)
11	ANEXO 2 A CEDULA TECNICA. EQUIPO DE ELECTROLITOS ALTO RENDIMIENTO. PUNTO 7 CONTROL DE CALIDAD 3 NIVELES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIRNO OFERTAR UN EQUIPO QUE REALIZA EL CONTROL DE CALIDAD A 2 NIVELES, SIN QUE ESTO MODIFIQUE EL RESULTADO. ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
12	PARA LAS PRUEBAS SOLICITADAS DE INMUNOGLOBULINA IGG, IGM E IGA.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*



	<p>PREGUNTA: DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS SEÑALADAS, LAS MISMAS SE PUEDAN REALIZAR CON OTRA METODOLOGÍA EN ALGUNO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS Y QUE SE INCLUYEN DENTRO DE LA PROPUESTA PRESENTADA. SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	
--	---	--

5.- LABORATORIO SAN ÁNGEL, S.A.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>SOBRE PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 7.2.12, CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O FILIAL EN MEXICO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O SUBDISTRIBUIDOR PRIMARIO. SE DEBERÁ ENTENDER QUE ÚNICAMENTE SE DEBERÁ PRESENTAR ESTE REQUISITO PARA LOS EQUIPOS EN COMODATO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS QUE SON: HEMATOLOGÍA, QUÍMICA CLÍNICA, COAGULACIÓN, GASES Y ELECTROLITOS, ELECTROLITOS, INMUNOLOGÍA, UROANÁLISIS, TROMBOELASTOMETRO, MICROBIOLOGÍA, HEMOCULTIVOS, HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y CITOMETRÍA DE FLUJO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE DEBERÁ DE ENTREGAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS, INSUMOS Y REACTIVOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2 Y ANEXO 2A.</p>
2	<p>SOBRE PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 7.2.13, REFERENTE AL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Y EL NUMERO 800-, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE YA QUE EN ALGUNAS PARTES QUEDO OBSOLETA LA MARCACIÓN CON EL 800, NOS PERMITA COLOCAR NUESTROS NÚMEROS DE CALL CENTER EL CUAL FUNCIONAN LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO, ASÍ COMO DE CATALOGO NOS PERMITA MOSTRAR NUESTRA PÁGINA WEB SIEMPRE ACTIVA PARA CUALQUIER REPORTE O SUGERENCIA DE LOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
3	<p>SOBRE PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 7.2.19, DERIVADO DE QUE LAS DISTANCIAS ENTRE UNA UNIDAD Y OTRA ES LARGA Y EL TIEMPO DE LAS VISITAS FUE MUY CORTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA PRESENTAR EL FORMATO DE CONSTANCIAS DE VISITAS CON EL MAYOR NUMERO DE VISITAS REALIZADAS Y PRESENTAR CARTA MANIFIESTO DE ACEPTAR LAS ADECUACIONES QUE SE LE TENGAN QUE REALIZAR A LAS UNIDADES Y QUE CORRERÁN POR PARTE DE NOSOTROS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.</p>
4	<p>SOBRE PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 7.2.25, SOLICITAMOS AMABLEMENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE PUNTO NOS PERMITA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DESGLOSADA Y COMPLETA DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SE DEBE PRESENTAR EL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS</p>

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
5	<p>ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA BAJO RENDIMIENTO, NUMERAL 5, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE OCUPE UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 60 UL. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.</p>
6	<p>ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA ALTO RENDIMIENTO TIPO 1, NUMERAL 4, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN NUMERO DE REACTIVOS A BORDO DE MÍNIMO 60, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.</p>



7	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 1, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE SOBREMESA, SIN QUE ESTO AFECTE EL ESPACIO DE EL LABORATORIO YA QUE NOS HAREMOS CARGO DEL ESPACIO DONDE SE COLOQUE SIN NINGÚN TIPO DE COSTO PARA LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
8	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 2, PARA UNA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LA METODOLOGÍA DE ABSORBANCIA, ESPECTROFOTOMETRÍA, TURBIDIMETRÍA, FLUORESCENCIA POLARIZADA Y ELECTRODOS SELECTIVOS DIRECTOS E INDIRECTOS SIENDO MEJOR TECNOLOGÍA QUE LA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
9	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 3, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE HASTA 300 PRUEBAS POR HORA Y HASTA 400 PRUEBAS POR HORA CON ISE, SIN QUE ESTO AFECTE EL PROCESO DE LA UNIDAD YA QUE ES UN EQUIPO CON ACCESO ALEATORIO Y CONTINUO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
10	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 8, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 32 REACTIVOS YA QUE EL EQUIPO OFERTADO FUNCIONA CON 1 REACTIVO POR ANALITO Y ASÍ PODEMOS CUBRIR LA DEMANDA DE LA CLÍNICA YA QUE EL EQUIPO SOLICITADO VARIOS DE LOS ANALITOS SE PROCESAN CON 2 REACTIVOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
11	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 12, YA QUE ESTA CALIBRACIÓN ES EXCLUSIVA DE UNA MARCA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA UNA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA CALIBRACIÓN: LINEAL Y NO LINEAL, ESTÁNDARES MÚLTIPLES CON UNO O DOS PUNTOS DE CORRECCIÓN, DILUCIÓN AUTOMÁTICA MULTIPUNTO DE CURVAS ESTÁNDAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
12	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 13, YA QUE ESTE CONTROL DE CALIDAD ES EXCLUSIVO DE UNA MARCA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA UNA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN CONTROL DE CALIDAD CON MULTIREGLAS WESTGARD O RILIBÁK PARA GARANTIZAR QUE LOS RESULTADOS SEAN FIABLES, ASÍ COMO LOS CUADROS DE LEVEY-JENNINGS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
13	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3, NUMERAL 2, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR UN EQUIPO CON LA METODOLOGÍA DE ABSORBANCIA, ESPECTROFOTOMETRÍA, TURBIDIMETRÍA, FLUORESCENCIA POLARIZADA Y ELECTRODOS SELECTIVOS DIRECTOS E INDIRECTOS SIENDO MEJOR TECNOLOGÍA QUE LA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
14	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3, NUMERAL 4, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR UN EQUIPO CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 32 REACTIVOS YA QUE EL EQUIPO OFERTADO FUNCIONA CON 1 REACTIVO POR ANALITO Y ASÍ PODEMOS CUBRIR LA DEMANDA DE LA CLÍNICA YA QUE EL EQUIPO SOLICITADO VARIOS DE LOS ANALITOS SE PROCESAN CON 2 REACTIVOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature and the number '165'.



15	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3, NUMERAL 7, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE YA QUE ESTAS SON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE UNA SOLA MARCA POR FAVOR CONSIDERE PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN SISTEMA DE FLUIDOS QUE COMPRENDE TODAS LAS VÁLVULAS, LAS BOMBAS, LOS TUBOS, LAS PIPETAS, LOS SENSORES DE FLUIDOS, LOS CONTENEDORES DE AGUA Y RESIDUOS, LA ESTACIÓN DE LAVADO Y LAS AGUJAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
16	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3, NUMERAL 10, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE YA QUE ESTAS SON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE UNA SOLA MARCA POR FAVOR CONSIDERE PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN CONTENEDOR DE CUBETAS CON UNA CAPACIDAD DE 1400 CUBETAS QUE CAEN A UNA CINTA TRANSPORTADORA, QUE LAS TRANSPORTA HORIZONTALMENTE HASTA QUE CAEN EN EL CANAL SUMINISTRADOR SITUADO MÁS ABAJO. EL MOVIMIENTO DE LA CINTA SE CONTROLA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CUBETAS QUE HAY EN EL ALIMENTADOR ESPIRAL DE CUBETAS. DE ESTE MODO SE ASEGURA UN SUMINISTRO CONTROLADO DE CUBETAS; EL CONDUCTO ALIMENTADOR DE CUBETAS SE MANTIENE SIEMPRE LLENO O CASI LLENO SIN COLAPSAR EL ALIMENTADOR ESPIRAL, SIENDO ESTA UNA TECNOLOGÍA Y MÉTODO DE MAYOR TECNOLOGÍA QUE LO SOLICITADO AGILIZANDO EL PROCESO Y PRODUCTIVIDAD DEL LABORATORIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
17	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3, NUMERAL 11, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUBETAS DESECHABLES ASEGURANDO ASÍ EL RESULTADO DE LA MUESTRA SIN QUE ESTO GENE COSTO PARA LA UNIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
18	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3, NUMERAL 13, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE YA QUE ESTAS SON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE UNA SOLA MARCA POR FAVOR CONSIDERE PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA FUENTE DE LUZ DE LAMPARA HALÓGENA 100W ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
19	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3, NUMERAL 16, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE YA QUE ESTAS SON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE UNA SOLA MARCA POR FAVOR CONSIDERE PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN CONTROL DE CALIDAD CON MULTIREGLAS WESTGARD O RILIBÁK PARA GARANTIZAR QUE LOS RESULTADOS SEAN FIABLES, ASÍ COMO LOS CUADROS DE LEVEY-JENNINGS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
20	ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS BAJO RENDIMIENTO, NUMERAL 6, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE HASTA 100 RESULTADOS SIN QUE ESTO AFECTE YA QUE EN LA INTERFACE DEL EQUIPO QUEDAN GUARDADOS LOS HISTÓRICOS DE LAS MUESTRAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.

6.- DICIPA, S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	NUMERAL 7.2.6.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ ENTREGAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE, POR



	<p>PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PRESENTAREMOS, COPIA SIMPLE, LEGIBLE Y COMPLETO SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS (ANVERSO Y REVERSO) DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE SOLO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES PROPUESTOS EN COMODATO Y REACTIVOS ENLISTADOS EN EL ANEXO 2. <b>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</b></p>	<p>CADA EQUIPO, INSUMO Y REACTIVO DESCRITOS EN EL ANEXO 2 Y ANEXO 2A.</p>
2	<p><b>NUMERAL 7.2.6.</b> EN DONDE SE SOLICITAN EL OFICIO O ACUERDO EMITIDO POR LA COFEPRIS EN EL QUE SE ESTABLEZCA QUE LOS EQUIPOS NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DICE: "ACUERDO EMITIDO POR LA COFEPRIS" PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD LA COFEPRIS YA NO EMITE OPINIONES U OFICIO PARA TODOS LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO Y EN SU LUGAR PUBLICÓ ACUERDO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.  POR LO ANTES EXPUESTO, ES CORRECTO ENTENDER QUE POR "ACUERDO EMITIDO POR LA COFEPRIS" SE REFIERE AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DOF 22 DE DICIEMBRE DE 2014 "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO". <b>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</b></p>	<p><b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b> PODRÁ ENTREGAR EL DOF, SIEMPRE Y CUANDO VENGAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS BIENES E INSUMOS QUE REFIEREN EN SU PROPUESTA NO REQUERIR REGISTRO SANITARIOS, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
3	<p><b>NUMERAL 1.8. Y 7.2.6. CERTIFICADOS.</b> PREGUNTA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS DOS PUNTOS DE REFERENCIA BASTARA CON PRESENTAR UNA SOLA OCASIÓN LA COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS: ISO, CE O JIS, FDA, TÜV, O DE ACUERDO CON EL PAÍS DE ORIGEN, SOLO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES EN COMODATO. <b>¿SE ACEPTA?</b></p>	<p><b>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO VENGAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADO A QUE EQUIPOS SE REFIERE, Y DEBERÁ DE ENTREGAR CERTIFICADOS VIGENTES POR CADA EQUIPO, INSUMO Y REACTIVO DESCRITOS EN EL ANEXO 2 Y ANEXO 2A. DE TODOS LOS INSUMOS</b></p>
4	<p><b>NUMERAL 7.2.12.</b> PREGUNTA. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE; QUE EN CASO DE QUE SE DIFIERA LA FECHA DE APERTURA DEL PRESENTE EVENTO, LA CARTA DE RESPALDO SE ACEPTA CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDA ORIGINALMENTE (21 DE ABRIL DE 2022), SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. <b>¿SE ACEPTA?</b></p>	<p>NO SE VA A DIFERIR LA FECHA DE LA APERTURA.</p>
5	<p><b>NUMERAL 7.2.12.</b> DEBIDO A LA SITUACIÓN DE CONTINGENCIA QUE SE VIVE A NIVEL MUNDIAL CON RESPECTO A LA PANDEMIA COVID 19, QUE HA OBLIGADO A LAS EMPRESAS A TENER UNA OPERACIÓN ATÍPICA Y QUE NO TODOS LOS FABRICANTES, FILIALES EN MÉXICO Y/O TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO, ESTÁN EN POSIBILIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTOS O ESCRITOS ORIGINALES; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS CARTAS DE RESPALDO IMPRESAS A COLOR DEL FORMATO ELECTRÓNICO Y MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE ENTREGARÁN LAS CARTAS DE RESPALDO EN ORIGINAL. <b>¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</b></p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARTAS ESTÉN IMPRESA A COLOR, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS, ASÍ MISMO, ACOMPAÑADAS DE UNA CARTA COMPROMISO, EN LA CUAL SE ESTABLEZCA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ENTREGARÁN LOS ORIGINALES AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE.</p>
6	<p><b>NUMERAL 7.1.1.</b> ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA TODAS AQUELLAS CARTAS Y ESCRITOS DEL LICITANTE PUEDEN SER PRESENTADOS EN HOJA CON IMPRESIÓN A COLOR CON MEMBRETE SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO. <b>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</b></p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
7	<p><b>NUMERAL 7.2.3.</b> ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO PODRÁ PRESENTARSE ACTA CONSTITUTIVA Y ÚLTIMA REFORMA, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. <b>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</b></p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>



8	<p><b>NUMERAL 7.2.26.</b> REFERENTE A FOTOCOPIA DE 2 CONTRATOS FORMALIZADOS: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDAN ENTREGAR CONTRATOS QUE DENTRO DE SU OBJETO COMPRENDA AL MENOS: SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO CON SUMINISTRO DE EQUIPOS Y/O ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS <b>¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES?</b></p>	<p>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
9	<p><b>NUMERAL 7.1.3.</b> LA CONVOCANTE MENCIONA LOS DOCUMENTOS QUE AL EFECTO SE PRESENTEN DEBERÁN SER ESPECÍFICAMENTE PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°LPN-103T00000-006-2022. ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO LOS ESCRITOS EMITIDOS POR EL LICITANTE DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS CON LA LEGENDA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-006-2022 SIN SER ESTO NECESARIO PARA LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR TERCEROS <b>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</b></p>	<p>TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN ESPECIFICAR PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°LPN-103T00000-006-2022.</p>
10	<p><b>NUMERAL 7.1.3.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR RÚBRICA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CADA UNA DE LAS HOJAS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EL LUGAR DESTINADO PARA ELLO EN CADA ANEXO Y/O ESCRITO QUE SOLICITAN EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN. <b>¿SE ACEPTA?</b></p>	<p>NO SE ACEPTA</p> <p><b>PUNTO 10: DE LA DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.</b></p> <p><b>10.2.</b> SE DESCALIFICARÁ A LOS PARTICIPANTES QUE INCURRAN EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:</p> <p>1. NO FIRMEN DE MANERA AUTÓGRAFA TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO LOS SOBRES QUE LAS CONTENGAN;</p>
11	<p><b>NUMERAL 7.2.19. ANEXO NO. 13</b> DEBIDO A QUE EL NUEVO HOSPITAL COATZACOALCOS NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE OMITA LA VISITA A LA UNIDAD DEBIDO A QUE NO HAY PERSONAL QUE NOS PUEDA SELLAR PARA EL LEVANTAMIENTO. <b>¿SE ACEPTA?</b></p>	<p>APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASES.</p>
12	<p><b>PUNTO 7. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DE PROPOSICIONES.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR SI ES CORRECTOR ENTENDER QUE EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA DEBERA INCLUIR UNICAMENTE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PUNTO 7.2, NUMERALES DEL 7.2.1 AL 7.2.32. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b></p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACION DEL NUMERAL 7.2.1 AL 7.2.33</p>
13	<p><b>NUMERAL 7.2.26.</b> <b>REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL SE PERMITA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA O CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. <b>¿SE ACEPTA?</b></p>	<p>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
14	<p><b>BASES</b> CONSTA DE 56 PÁGINAS, SIN EMBARGO, LA PÁGINA 2 Y 4 SE OMITIERON EN EL DOCUMENTO, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS PÁGINAS FALTANTES. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b></p>	<p>LAS PAGINAS ESTAN PÚBLICADAS EN LA PAGINA WEB: <a href="https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones2022/">https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones2022/</a>.</p>

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	ANEXO TÉCNICO. ESTÁN SOLICITANDO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE INMUNOLOGÍA DE MEDIANO RENDIMIENTO, PUNTO 4 UN EQUIPO QUE CUENTE CON POSICIÓN DE REACTIVOS REFRIGERADA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SISTEMA CONTROLADO DE TEMPERATURA DE REACTIVOS, GARANTIZANDO QUE LOS REACTIVOS A ESTA TEMPERATURA MANTENGAN SU INTEGRIDAD, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
2	ESTÁN SOLICITANDO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE INMUNOLOGÍA DE MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 7 UN EQUIPO QUE UTILICE COMO VOLUMEN DE MUESTRA 20 µL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 10-50 µL, ESTE VOLUMEN DE MUESTRA GARANTIZA QUE LAS MUESTRAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS Y PACIENTES DE OBTENCIÓN DE MUESTRA DIFÍCIL PUEDAN SER PROCESADOS, GARANTIZANDO ASÍ LA ADECUADA RESPUESTA DEL LABORATORIO. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
3	ESTÁN SOLICITANDO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE INMUNOLOGÍA DE MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 9 UN EQUIPO QUE CUENTE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 5000 MUESTRAS. DADO QUE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN CONECTADOS AL SISTEMA DE INTERFAZ Y QUE LOS RESULTADOS DE LAS MUESTRAS SE PODRÁN CONSULTAR DIRECTAMENTE DESDE EL SERVIDOR DEL LABORATORIO CENTRAL. SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 2,000 PBAS. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
4	ESTÁN SOLICITANDO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE INMUNOLOGÍA DE MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 15 UN EQUIPO QUE SEA CONFIGURABLE Y EXPANDIBLE. CAPAZ DE UNIFICAR LAS ÁREAS DE QC E INMUNO. SOLICITAMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL DADO QUE EN MUCHAS UNIDADES LA UNIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA RESULTA INOPERANTE POR LAS CONDICIONES DE ESPACIO CON LAS QUE CUENTAN LAS INSTALACIONES. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE</b>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
5	ESTÁN SOLICITANDO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE INMUNOLOGÍA DE MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 12 UN EQUIPO QUE SEA CAPAZ DE CONFIGURARSE CON UN EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA, SOLICITAMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL DADO QUE EN MUCHAS UNIDADES LA UNIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA RESULTA INOPERANTE POR LAS CONDICIONES DE ESPACIO CON LAS QUE CUENTAN LAS INSTALACIONES. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE</b>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
6	ESTÁN SOLICITANDO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE INMUNOLOGÍA BAJO RENDIMIENTO PUNTO 3 UN EQUIPO QUE CUENTE CON VOLUMEN MÁXIMO DE 200 MUESTRAS POR HORA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBERÁ DE CONTAR CON UN VOLUMEN MÁXIMO DE MUESTRA DE 200 µL. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b>	SE REFIERE AL VOLUMEN MÁXIMO DE ASPIRACIÓN DE LA MUESTRA. (VOLUMEN MÁXIMO DE MUESTRA 200 µL)
7	ESTÁN SOLICITANDO PARA EL EQUIPO DE INMUNOLOGÍA BAJO RENDIMIENTO PUNTO 7 UN EQUIPO QUE CUENTE CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y/O MANUAL. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.

*[Handwritten signature]*

*165*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



8	<p>ANEXO TÉCNICO DEMANDAS DE PRUEBAS POR UNIDAD, ESTÁN SOLICITANDO PARA EL ÁREA TÉCNICA QUÍMICA CLÍNICA PRUEBAS ESPECIALES PARA LAS SUBPARTIDAS 1.32 BNP, 1.33 812, 1.34 FOLATO, 1.35 HAVAB Y 1.36 FERRITINA, ESTAS PRUEBAS POR SU NATURALEZA SON DETERMINADAS DE MANERA ORDINARIA EN LOS EQUIPOS DE INMUNOLOGÍA, POR LO QUE SOLICITAMOS ESTAS PRUEBAS PUEDAN SER CONSIDERADAS DENTRO DE LAS PLATAFORMAS PARA PROCESAR LAS PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA PRUEBAS DE RUTINA GARANTIZANDO DE ESTA MANERA QUE LA METODOLOGÍA SEA EL ESTÁNDAR DE ORO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE ESTAS. GARANTIZANDO ASÍ LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS EMITIDOS POR EL LABORATORIO. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b></p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
9	<p>ANEXO TÉCNICO DEMANDAS DE PRUEBAS POR UNIDAD, ESTÁN SOLICITANDO PARA EL ÁREA TÉCNICA INMUNOLOGÍA PRUEBAS DE RUTINA SUBPARTIDA 1.43 HACEN REFERENCIA A LA PRUEBA CT3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DETALLE QUE PRUEBA ESTÁ SOLICITANDO YA QUE EL PERFIL TIROIDEO SE ENCUENTRA COMPLETO EN LAS SUBPARTIDAS 1.38 A 1.42 Y 1.50, POR LO QUE NO LOGRAMOS IDENTIFICAR ESTA PRUEBA. Y NECESITAMOS SUS COMENTARIOS PARA PODER OFERTAR INSUMOS QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE SU REPRESENTADA. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b></p>	<p>SE REFIERE A LA PROTEÍNA CAPTADORA DE T3.</p>
10	<p>ANEXO TÉCNICO DEMANDAS DE PRUEBAS POR UNIDAD, ESTÁN SOLICITANDO PARA EL ÁREA TÉCNICA INMUNOLOGÍA PRUEBAS DE RUTINA SUBPARTIDA 1.53 ASO, 1.54 PCR, 1.55 FACTOR REUMATOIDE Y 1.67 GAMA GLUTAMIL TRANSAMINASA. ESTAS PRUEBAS SE RECOMIENDA PROCESARLAS EN LOS EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA YA QUE CUENTAN CON LA METODOLOGÍA DE REFERENCIA (ESTÁNDAR DE ORO), POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTAS PRUEBAS EN LOS SISTEMAS DE QUÍMICA CLÍNICA. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b></p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
11	<p>ANEXO TÉCNICO DEMANDAS DE PRUEBAS POR UNIDAD, ESTÁN SOLICITANDO PARA EL ÁREA TÉCNICA INMUNOLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES SUBPARTIDAS 1.73 HSV 1 Y2 IGG, 1.74 HSV 1 Y 2 IGM, 1.82 EBV IGM, 1.83 VCA IGG, 1.86 EBNA IGG Y 1.93 INMUNOGLOBULINAS IGG, IGM IGA POR METODO NEFELOMETRICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DADA LA BAJA DEMANDA Y QUE NO SON CONSIDERADAS PRUEBAS DE URGENCIA SE PUEDAN ENVIAR AL ÁREA TÉCNICA DE PRUEBAS ESPECIALES, PERMITIENDO DE ESTA MANERA ELIMINAR LAS MERMAS POR BAJO VOLUMEN LO QUE GENERARÍA QUE EL PRECIO OFRECIDO SEA MÁS BAJO LO QUE PERMITIRLA UN AHORRO A SU REPRESENTADA <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE</b></p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE LA CALIDAD EN EL TRANSPORTE DE LA MUESTRA (PARA QUE NO SUFRA ALTERACIONES) MEDIANTE UN FLUJOGRAMA Y EL TIPO DE VEHÍCULO O TRANSPORTE QUE SE UTILIZARA PARA MOVER LA MUESTRA, ASÍ MISMO LA ENTREGA DE RESULTADOS DEBE REALICE EN UN PERIODO DE 1 A 2 DÍAS NATURALES. TODO CON CARTA COMPROMISO.</p>
12	<p>ANEXO TÉCNICO DEMANDAS DE PRUEBAS POR UNIDAD, ESTÁN SOLICITANDO PARA EL ÁREA TÉCNICA INMUNOLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES SUBPARTIDA 1. 87 DÍMERO D. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESTAS PRUEBAS EN LAS PLATAFORMAS DE COAGULACIÓN. QUE ES EL ÁREA ENCARGADA DE PROCESAR ESTAS MUESTRAS Y LA CUAL TRABAJA 24/7, LO QUE NO SUCEDE EN LAS ÁREAS DE INMUNOLOGÍA QUE GENERALMENTE SOLO SE TRABAJAN EN UN TURNO. ESTO PERMITIRÁ DAR UNA RESPUESTA INMEDIATA PARA ESTAS PRUEBAS QUE SON CONSIDERADAS DE URGENCIAS, ANTE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b></p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
13	<p>DENTRO DEL ANEXO DE FICHAS TÉCNICAS NO SE HACE MENCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS EQUIPOS DE PRUEBAS ESPECIALES SUBPARTIDAS 1.137 A 1.301, DADA LA VARIEDAD, ESPECIALIDAD Y BAJA DEMANDA, SOLICITARNOS NOS PERMITAN ENVIARLAS A UN LABORATORIO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b></p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE LA CALIDAD EN EL TRANSPORTE DE LA MUESTRA (PARA QUE NO SUFRA ALTERACIONES) MEDIANTE UN FLUJOGRAMA Y EL TIPO DE VEHÍCULO O TRANSPORTE QUE SE UTILIZARA PARA MOVER LA MUESTRA, ASÍ MISMO LA ENTREGA DE RESULTADOS DEBE REALICE EN UN PERIODO DE 1 A 2 DÍAS NATURALES. TODO CON CARTA COMPROMISO.</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



14	SI LA RESPUESTA ES FAVORABLE A LA PREGUNTA ANTERIOR. SERÁ CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE RUBRO DE PRUEBAS ESPECIALES SUBPARTIDAS 1.137 A 1.301, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, REFERIDA EN EL ANEXO 7 <b>FAVOR DE ACLARAR</b>	SE DEBERÁ DE ANEXAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DEL LABORATORIO PROPUESTO.
15	ANEXO 2 DE LOS REACTIVOS SOLICITAN MARCA/LABORATORIO. DADO PARA LAS SUBPARTIDAS CONSIDERADAS COMO PRUEBAS ESPECIALES (1.137 A 1.301) Y QUE SE PUEDAN ENVIAR A LABORATORIOS ESPECIALIZADO DE REFERENCIAS, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EL NOMBRE DEL LABORATORIO. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE</b>	SE ACEPTA, APEGÁNDOSE A LAS RESPUESTAS ANTERIORES. ANEXANDO COPIA DE LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DEL LABORATORIO PROPUESTO.
16	ANEXO 2 DE LOS REACTIVOS SOLICITAN MARCA/LABORATORIO. DADO PARA LAS SUBPARTIDAS CONSIDERADAS COMO PRUEBAS ESPECIALES (1.137 A 1.301) QUE SE PUEDAN ENVIAR A LABORATORIO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA, SOLICITAMOS QUE PARA LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A REGISTRO SANITARIO Y VIGENCIA. SE NOS PERMITA COLOCAR LA LEYENDA NA (NO APLICA) Y/O CERTIFICADO ISO DEL LABORATORIO DE REFERENCIA. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE</b>	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS RESPUESTAS ANTERIORES. DEBERÁ COLOCAR EL NÚMERO DEL CERTIFICADO Y NOMBRE DEL LABORATORIO QUE LAS PROCESARÁ.
17	PARA EL CASO DEL ANEXO 2 DE LOS REACTIVOS SE DEBERÁ DE INCLUIR PARA EL CASO DE INMUNOLOGÍA DE BAJO RENDIMIENTOS SOLO LOS DATOS QUE APLICAN DE ACUERDO CON SU DEMANDA DE PRUEBAS. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE</b>	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA, TODA VEZ QUE EL ANEXO 2 REFIERE A PRUEBAS, NO ASÍ A EQUIPOS QUE CORRESPONDE AL ANEXO 2A. POR LO ANTERIOR, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES Y SUS ANEXOS.
18	ANEXO TÉCNICO ESTÁN SOLICITANDO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE INMUNOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO PUNTO 8, UN EQUIPO QUE UTILICE MÍNIMO 30 µL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON VOLUMEN DE MUESTRA DE 1-35 µL, ESTE VOLUMEN DE MUESTRA GARANTIZA QUE LAS MUESTRAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS Y PACIENTES DE OBTENCIÓN DE MUESTRA DIFÍCIL PUEDAN SER PROCESADOS, GARANTIZANDO ASÍ LA ADECUADA RESPUESTA DEL LABORATORIO. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE</b>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
19	ESTÁN SOLICITANDO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE INMUNOLOGÍA DE MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 3 UN EQUIPO QUE PROCESA 90 PBAS POR HORA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON VELOCIDAD DE PROCESO DE 86 PRUEBAS POR HORA. LA VELOCIDAD OFERTADA PERMITIRÁ A LOS LABORATORIOS PROCESAR LA TOTALIDAD DE LAS MUESTRAS DE LOS PACIENTES DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, GARANTIZANDO LA OPORTUNA RESPUESTA DEL LABORATORIO. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
20	ANEXO TÉCNICO DEMANDAS DE PRUEBAS POR UNIDAD, ESTÁN SOLICITANDO PARA EL ÁREA TÉCNICA INMUNOLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES SUBPARTIDA 1.85 METOTREXATE SOLICITAMOS DADA LA ALTA ESPECIALIDAD E IMPORTANCIA DE ESTA PRUEBA QUE SE PUEDA ENVIAR A UN LABORATORIO CONCENTRADOR DE REFERENCIA LO QUE GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS EMITIDOS. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b>	NO SE ACEPTA, DADO POR LA URGENCIA E IMPORTANCIA DE TOMAR DECISIONES DE LOS MÉDICOS TRATANTES.
21	ANEXO TÉCNICO DEMANDAS DE PRUEBAS POR UNIDAD, ESTÁN SOLICITANDO PARA EL ÁREA TÉCNICA QUÍMICA CLÍNICA PRUEBAS ESPECIALES PARA LAS SUBPARTIDAS 1.32 BNP. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA PRUEBA DE NT-PROBNP, SIENDO ESTA PRUEBA DE VALOR DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE</b>	NO SE ACEPTA. EN LA PARTIDA 1.32 SE REFIERE A LA PRUEBA PÉPTIDO NATRIURÉTICO TIPO B (BNP).
22	<b>ANEXO 2 DE LOS REACTIVOS</b> SOLICITAN MARCA/LABORATORIO. DADO PARA LAS SUBPARTIDAS CONSIDERADAS COMO PRUEBAS ESPECIALES (1.137 A 1.301) Y QUE SE PUEDAN ENVIAR A LABORATORIOS ESPECIALIZADO DE REFERENCIAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA NO PRESENTAR	NO SE ACEPTA. DEBERÁ COLOCAR EL NÚMERO DEL CERTIFICADO Y NOMBRE DEL LABORATORIO QUE LAS PROCESARÁ.



	ESTE ANEXO 2 PARA LAS PRUEBAS ESPECIALES, YA QUE, AL SER ENVIADAS A UN LABORATORIO DE REFERENCIA, NO NOS PODRÁN EMITIR LA MARCA DEL EQUIPO NI EL REGISTRO SANITARIO, DADA LA COMPLEJIDAD Y VARIEDAD DE LAS PRUEBAS. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE</b>	
23	<b>ANEXO 2 DE LOS REACTIVOS</b> SOLICITAN MARCA/LABORATORIO. DADO PARA LAS SUBPARTIDAS CONSIDERADAS COMO PRUEBAS ESPECIALES (1.137 A 1.301) QUE SE PUEDAN ENVIAR A LABORATORIO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA, DEBEMOS DE ENTENDER QUE, PARA ESTAS PRUEBAS, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR, REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS Y REACTIVOS. BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE QUE ESTAS PRUEBAS SE PROCESARÁN EN UN LABORATORIO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA. <b>FAVOR DE ACLARAR.</b>	DEBERÁN DE ANEXAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DEL LABORATORIO PROPUESTO.
24	<b>FICHA TÉCNICA: ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS ALTO RENDIMIENTO, PUNTO 3.</b> SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE AC. ASCÓRBICO SEA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
25	<b>FICHA TÉCNICA: ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS MEDIANO RENDIMIENTO, PUNTO 12</b> SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LECTURA MEDIANTE SENSOR CCD Y LED PARA ESTE PUNTO SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
26	<b>FICHA TÉCNICA: ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS BAJO RENDIMIENTO, PUNTO 1</b> SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR COMPACTO, RÁPIDO Y FÁCIL DE OPERAR PARA ESTE PUNTO SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
27	<b>FICHA TÉCNICA: ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS BAJO RENDIMIENTO, PUNTO 3.</b> SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE AC. ASCÓRBICO SEA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
28	<b>FICHA TÉCNICA: ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS BAJO RENDIMIENTO, PUNTO 6</b> SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MEMORIA PARA 100 RESULTADOS, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
29	<b>FICHA TÉCNICA: ANALIZADOR PARA HEMOCULTIVOS ALTO RENDIMIENTO, PUNTO 3</b> SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CELDAS DE INCUBACIÓN CON SISTEMA DE DETECCIÓN COLORIMÉTRICA Y CONCENTRACIÓN DE CO <sub>2</sub> PARA ESTE PUNTO SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
30	<b>7.2 DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA</b> <b>7.2.6. INFORME DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR SI LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE NUMERAL TALES COMO: CATÁLOGOS, FOLLETOS, FICHAS TÉCNICAS, REGISTRO SANITARIO, OFICIO DE LA COFEPRIS, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION DEL PAIS DE ORIGEN, QUE SE DEBEN ADJUNTAR A LOS ANEXOS NO. 2 " DE LOS REACTIVOS" Y 2A "DEL EQUIPO EN COMODATO", APLICAN ÚNICAMENTE PARA LOS REACTIVOS MENCIONADOS EN EL ANEXO TECNICO SUBPARTIDAS DE LA 1.1 A LA 1.348 Y DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DONDE SERAN PROCESADAS LAS PRUEBAS. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE</b>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ DE ENTREGAR CATÁLOGOS, FOLLETOS DE ESPECIFICACIONES, MANUALES Y REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SEGÚN EL ANEXO NO. 2A, ASÍ COMO REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTES DE TODOS LOS REACTIVOS DEL ANEXO NO. 2.
31	<b>7.2 DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA</b> <b>7.2.12. CARTA DE RESPALDO</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN ACLARAR SI LA CARTA SOLICITADA EN ESTE NUMERAL APLICA ÚNICAMENTE PARA LOS REACTIVOS MENCIONADOS EN EL ANEXO TECNICO SUBPARTIDAS DE LA 1.1 A LA 1.348 Y DE LOS EQUIPOS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ DE ENTREGAR CARTA DE APOYO DE LOS EQUIPOS SEGÚN EL ANEXO NO. 2A Y DE TODOS LOS REACTIVOS DEL ANEXO NO. 2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



	AUTOMATIZADOS DONDE SE PROCESARAN LAS PRUEBAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE	
32	<b>7.2 DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA</b> <b>7.2.6. INFORME DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y 7.2.12. CARTA DE RESPALDO</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTOS NUMERALES Y TRATANDOSE DEL "LISTADO DE INSUMOS A CONSIDERAR DENTRO DEL SUMINISTRO DE PRUEBAS" MENCIONADOS EN EL ANEXO TECNICO (PAG. 159) SEA SUFICIENTE CON PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL LICITANTE DONDE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN LAS CANTIDADES SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
33	<b>7.2 DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA</b> <b>7.2.6. INFORME DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y 7.2.12. CARTA DE RESPALDO</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTOS NUMERALES Y TRATANDOSE DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS MENCIONADOS EN EL ANEXO TECNICO (PAG.107 A 109) SEA SUFICIENTE CON PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL LICITANTE DONDE SE COMPROMETE A ENTREGARLOS EN LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA, MENCIONANDO MARCA Y MODELO OFERTADO
34	<b>ANEXO TECNICO, FICHAS TECNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS: MICROSCOPIOS, REFRIGERADORES, CENTRIFUGAS, AGITADORES, CONGELADORES, ESTUFAS DE CULTIVO, AUTOCLAVES, BAÑOS MARIA, CONTADORES DE CELULAS</b> EN LA ACTUALIDAD EXISTE UNA INFINIDAD DE MARCAS DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CON CARACTERISTICAS PROPIAS A CADA MARCA Y CASA FABRICANTE, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS PARA ESTOS EQUIPOS NO SEAN LIMITANTES Y PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERISTICAS PROPIAS A LA MARCA Y MODELO PROPUESTOS GARANTIZANDO SU FUNCIONABILIDAD DE ACUERDO CON EL NIVEL DE SERVICIO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA, DEBIENDO ESTABLECER MARCA Y MODELO A OFERTAR.
35	<b>ANEXO TECNICO</b> <b>FICHA TECNICA: MICROSCOPIO BINOCULAR PARA TRABAJO DE RUTINA CAMPO CLARO PUNTO 14 DOS FRASCOS DE ACEITE DE INMERSIÓN DE 8 ML MÍNIMO, DE LA MISMA MARCA QUE EL MICROSCOPIO.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR FRASCO DE ACEITE DE INMERSION DE MINIMO 5 ML DE LA MISMA MARCA DEL MICROSCOPIO PROPUESTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
36	<b>ANEXO TECNICO, FICHA TÉCNICA: REFRIGERADOR VERTICAL CAP. 20 PIES CÚBICOS PUNTO 23. SELECCIÓN DE HUMEDAD</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN REFRIGERADOR CON SELECCIÓN DE HUMEDAD Y/O CAPACIDAD DE OPERAR EN CONDICIONES AMBIENTALES DE HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA DEL 80%, CONSIDERANDO QUE ESTOS EQUIPOS DEBEN MANTENERSE DENTRO DEL LABORATORIO Y A UNA TEMPERATURA CONTROLADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
37	<b>ANEXO TECNICO, FICHA TECNICA: AUTOCLAVE PUNTO 1. AUTOCLAVE DE DOBLE CÁMARA CILÍNDRICA.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA AUTOCLAVE CON CAMARA CILINDRICA O CUADRADA O RECTANGULAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
38	<b>ANEXO TECNICO, FICHA TECNICA: AUTOCLAVE PUNTO 3. PUERTA DE ACERO ACCIONADA POR BRAZOS RADIALES.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA AUTOCLAVE CON PUERTA DE ACERO ACCIONADA POR BRAZOS RADIALES O PUERTA TIPO GUILLOTINA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
39	<b>ANEXO TECNICO, FICHA TECNICA: AUTOCLAVE</b>	LA CAPACIDAD DE LITROS DEL EQUIPO SERÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD



	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR CUAL ES LA CAPACIDAD MINIMA EN LITROS QUE REQUIEREN PARA LA AUTOCLAVE. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b>	MÉDICA, LA CUAL PUDO SER OBSERVADA DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES.
40	<b>ANEXO TÉCNICO, FICHA TÉCNICA: AGITADOR PARA TUBOS. 3. INCLINACIÓN DE 0 A 90 GRADOS.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR INCLINACION DE 90 A 180 GRADOS. <b>¿SE ACEPTA?</b>	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
41	<b>ANEXO TÉCNICO, FICHA TÉCNICA: BAÑO MARIA 4. 1PT100 (CLASE DIN A) CON SISTEMA DE MEDICIÓN DE 4 HILOS.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACEPTAR UN BAÑO MARIA CON SENSOR PT100 CON SISTEMA DE MEDICIÓN DE 2 HILOS. <b>¿SE ACEPTA?</b>	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
42	<b>ANEXO TÉCNICO, FICHA TÉCNICA: AGITADOR PARA TUBOS. 4. CAPACIDAD DE 15 TUBOS.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA CAPACIDAD DE 14 TUBOS. <b>¿SE ACEPTA?</b>	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
43	<b>ANEXO TÉCNICO, FICHA TÉCNICA: AGITADOR PARA TUBOS. 6. BASE DE HULE PARA TUBOS REVERSIBLE Y TOTALMENTE AUTOLAVABLE.</b> ESTA CARACTERISTICA SOLO LA CUMPLEN LOS AGITADORES DE TUBOS TIPO CAMA, LOS CUALES CUENTAN CON UNA BASE DE HULE PARA TUBOS REVERSIBLE Y AUTOCLAVABLE, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR QUE TIPO DE AGITADOR REQUIEREN O EN SU CASO ELIMINAR ESTE PUNTO DE LA FICHA TÉCNICA. <b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b>	EL PUNTO SE REFIERE A LA BASE DE HULE PARA QUE LOS TUBOS NO SE RESBALEN EN EL MOVIMIENTO.
44	<b>ANEXO TÉCNICO, FICHA TÉCNICA: AGITADOR PARA TUBOS. 6. BASE DE HULE PARA TUBOS REVERSIBLE Y TOTALMENTE AUTOLAVABLE.</b> EN CASO DE REQUERIR UN AGITADOR TIPO CAMA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN AGITADOR CON UNA VELOCIDAD DE 5 A 25 RPM Y UN ANGULO FIJO DE 35°. <b>¿SE ACEPTA?</b>	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
45	<b>ANEXO TÉCNICO. FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA ALTO RENDIMIENTO</b> PUNTO NO. 2, QUE CUENTE CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS DE MEDICIÓN: CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO, CROMATOGRAFÍA POR AFINIDAD, COLORIMETRÍA, INMUNOTURBIDIMETRÍA O ELECTROFORESIS. LA FOTOMETRÍA, COMO TÉCNICA INSTRUMENTAL, ES UN MÉTODO ÓPTICO DE ANÁLISIS QUÍMICO QUE ESTÁ RELACIONADO CON LA COLORIMETRÍA Y LA ESPECTROFOTOMETRÍA, LA COLORIMETRÍA SE EMPLEA PARA DETERMINAR VISUALMENTE LA CONCENTRACIÓN DE COMPUESTOS COLOREADOS EN UNA SOLUCIÓN, MIENTRAS QUE LA FOTOMETRÍA Y LA ESPECTROFOTOMETRÍA SE BASAN EN LA MEDIDA DE LA ABSORBANCIA DE UNA SOLUCIÓN A UNA LONGITUD DE ONDA ESPECÍFICA EMPLEANDO FUENTES DE LUZ COMO RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS DE MEDICIÓN: CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO, CROMATOGRAFÍA POR AFINIDAD, COLORIMETRÍA, FOTOMETRÍA O TRANSMISIÓN FOTOMÉTRICA, INMUNOTURBIDIMETRÍA O ELECTROFORESIS. <b>¿SE ACEPTA?</b>	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
46	<b>ANEXO TÉCNICO. FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS. SOLICITAN CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS VIGENTE O ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE FABRICANTES EXTRANJEROS TENGA A BIEN ACEPTAR CERTIFICADOS TUV Ó CE Ó FDA Ó ISO 13485 <b>¿SE ACEPTA?</b>	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
47	<b>ANEXO 2 "DE LOS REACTIVOS"</b> <b>SUBPARTIDA 1.134 TIRAS PH Y 1.135 AZUCARES REDUCTORES.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE UNICAMENTE PARA ESTAS SUBPARTIDAS SE SIRVA ACEPTAR CARTA DE RESPALDO	SE ACEPTA PROPUESTA, DEBIENDO DEMOSTRAR QUE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



	POR PARTE DEL DISTRIBUIDOR SIN QUE SEA NECESARIA LA CARTA DEL FABRICANTE YA QUE SON PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZAN A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE UNA RED DE DISTRIBUIDORES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE Y AL SER PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN DE UN REGISTRO SANITARIO EL FABRICANTE NO EXTIENDE CARTAS DE APOYO CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	
48	<b>FICHA TÉCNICA: ANALIZADOR PARA GASES Y ELECTROLITOS ALTO RENDIMIENTO, PUNTO 6</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR GASÓMETRO QUE DETERMINE LOS PARÁMETROS SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES EMPLEANDO MUESTRAS DE SANGRE TOTAL O VENOSA, ARTERIAL Y CAPILAR YA QUE ESTOS TIPOS DE MUESTRA SON LOS ADECUADOS PARA ANALIZAR EN GASÓMETROS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
49	<b>FICHA TÉCNICA: ANALIZADOR PARA GASES Y ELECTROLITOS MEDIANO RENDIMIENTO, PUNTO 3</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR GASÓMETRO QUE DETERMINE LOS PARÁMETROS SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES EMPLEANDO MUESTRAS DE SANGRE TOTAL O VENOSA, ARTERIAL Y CAPILAR YA QUE ESTOS TIPOS DE MUESTRA SON LOS ADECUADOS PARA ANALIZAR EN GASÓMETROS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
50	<b>FICHA TÉCNICA: ANALIZADOR PARA GASES Y ELECTROLITOS MEDIANO RENDIMIENTO, PUNTO 23</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PARA CUBRIR ESTE PUNTO ENTREGUEMOS CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PROPORCIONAREMOS MANUAL DE OPERACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, LOS MANUALES DEBERÁN DE ENTREGARLOS A LAS UNIDADES MÉDICAS, POR EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO.
51	<b>FICHA TÉCNICA: ANALIZADOR PARA GASES Y ELECTROLITOS ALTO RENDIMIENTO, PUNTO 16</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PARA CUBRIR ESTE PUNTO ENTREGUEMOS CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PROPORCIONAREMOS MANUAL DE OPERACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, LOS MANUALES DEBERÁN DE ENTREGARLOS A LAS UNIDADES MÉDICAS, POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
52	<b>FICHA TÉCNICA: ANALIZADOR PARA GASES Y ELECTROLITOS MEDIANO RENDIMIENTO, PUNTO 2</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR GASÓMETRO CAPAZ DE EMITIR RESULTADOS DEL ANÁLISIS EN 2 MINUTOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, LOS MANUALES DEBERÁN DE ENTREGARLOS A LAS UNIDADES MÉDICAS.
53	<b>BASES, NUMERAL 1.5. DICE: ASÍ MISMO SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE, LEGIBLE Y COMPLETA SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS, (ANVERSO Y REVERSO) DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD O MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES DE REGISTRO O COMPROBANTE DEL TRÁMITE DE SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, O BIEN OFICIO EMITIDO POR LA COFEPRIS EN EL QUE ESTABLEZCA QUE LOS EQUIPOS NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DEBERÁN ENTREGARSE COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA?</b>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁ DE ENTREGAR EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE DE TODOS LOS EQUIPOS DEL ANEXO 2 Y DE LOS INSUMOS Y REACTIVOS DEL ANEXO 2A. SI EL REGISTRO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO, DEBEN ENTREGAR ADICIONALMENTE EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE PRÓRROGA. SI NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, EL DOCUMENTO QUE LO RESPALDE.
54	<b>BASES, NUMERAL 1.8. DICE: CONTROL DE CALIDAD: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS EN COMODATO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LOS ANEXOS TÉCNICOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, ACLARE SI SE REFIERE A LOS CERTIFICADOS ISO, TUV, ETC. FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b>	TENDRÁ QUE ENTREGAR CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS O ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) O TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS) DE TODOS LOS EQUIPOS DEL ANEXO 2 Y DE LOS INSUMOS Y REACTIVOS DEL ANEXO 2A.
55	<b>NUMERAL 7.2.6., DICE: "INFORME DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE LOS REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS EN COMODATO, QUE SE COTIZAN EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL</b>	DEBERÁN DE REFERENCIAR TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA EQUIPO Y REACTIVO.



	ANEXO TÉCNICO UTILIZANDO LOS FORMATOS SEGÚN EL ANEXO NO. 2 "DE LOS REACTIVOS" Y ANEXO NO. 2A "DEL EQUIPO EN COMODATO", SE DEBERÁN DE ADJUNTAR A ESTOS FORMATOS, LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS, FICHAS TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS QUE PROPORCIONARÁ EN CALIDAD DE COMODATO, EN IDIOMA ESPAÑOL, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, A EFECTO DE QUE LA CONVOCANTE CUENTE CON LOS SUFICIENTES ELEMENTOS DE JUICIO PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE REFERENCIAR SOLAMENTE LOS EQUIPOS Y LOS REACTIVOS DE LAS PRUEBAS QUE SE SOLICITAN. ¿SE ACEPTA?	
56	ANEXO 2, PROPUESTA TÉCNICA, DICE: "MARCA/LABORATORIO" SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE, SI CON "LABORATORIO" SE REFIERE AL NOMBRE DEL FABRICANTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
57	FICHAS TÉCNICAS, CITÓMETRO DE FLUJO, NUMERO 18, DICE "CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS E ISO 9001: 2000, ASÍ COMO REGISTRO SANITARIO VIGENTE." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ELIMINE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS TODA VEZ QUE DICHO CERTIFICADO NO APLICA PARA LOS EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS FUERA DE MÉXICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE PRESENTAR CERTIFICADOS TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).
58	FICHAS TÉCNICAS, CITÓMETRO DE FLUJO, NUMERO 18, DICE "CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS E ISO 9001: 2000, ASÍ COMO REGISTRO SANITARIO VIGENTE." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE PRESENTAR EL DOF DIC 2014 PARA LOS REACTIVOS QUE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, DEBIENDO IDENTIFICAR EL BIEN O INSUMO OFERTADO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
59	FICHAS TÉCNICAS, CITÓMETRO DE FLUJO, NUMERO 20, DICE "MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA FINES DE LA REFERENCIA TÉCNICA, SOLO SE PRESENTE LA CARÁTULA DEL MANUAL O MANUALES DE OPERACIÓN, TODA VEZ QUE LOS MANUALES TIENEN POR ARRIBA DE 300 HOJAS. ¿SE ACEPTA?	PARA ESTE PUNTO DEBERÁN ENTREGAR CARTA COMPROMISO QUE DE SER ADJUDICADOS ENTREGARAN LOS MANUALES COMPLETOS A LAS UNIDADES MÉDICAS.
60	FICHAS TÉCNICAS, CITÓMETRO DE FLUJO, NUMERO 23, DICE "MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA FINES DE LA REFERENCIA TÉCNICA, SOLO SE PRESENTE LA CARÁTULA DEL MANUAL O MANUALES DE OPERACIÓN, TODA VEZ QUE LOS MANUALES TIENEN POR ARRIBA DE 300 HOJAS. ¿SE ACEPTA?	PARA ESTE PUNTO DEBERÁN ENTREGAR CARTA COMPROMISO QUE DE SER ADJUDICADOS ENTREGARAN LOS MANUALES COMPLETOS A LAS UNIDADES MÉDICAS.
61	NUMERAL 7.2.6., DICE: "INFORME DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE LOS REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS EN COMODATO, QUE SE COTIZAN EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO UTILIZANDO LOS FORMATOS SEGÚN EL ANEXO NO. 2 "DE LOS REACTIVOS" Y ANEXO NO. 2A "DEL EQUIPO EN COMODATO", SE DEBERÁN DE ADJUNTAR A ESTOS FORMATOS, LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS, FICHAS TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS QUE PROPORCIONARÁ EN CALIDAD DE COMODATO, EN IDIOMA ESPAÑOL, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, A EFECTO DE QUE LA CONVOCANTE CUENTE CON LOS SUFICIENTES ELEMENTOS DE JUICIO PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR PARA LA REFERENCIA, SOLO LAS CARÁTULAS Y HOJAS DE LOS MANUALES, FOLLETOS, CATÁLOGOS, INSERTOS, ETC., CORRESPONDIENTES PARA LA REFERENCIA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO VENGAN IDENTIFICADOS, QUE FORMAN PARTE DEL DOCUMENTO DEL FABRICANTE Y QUE ESTÉN DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, SIN TACHADURAS Y ENMENDADURAS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
62	FICHAS TÉCNICAS, CITÓMETRO DE FLUJO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS NUMERALES CUYA DESCRIPCIÓN TÉCNICA NO SEA POSIBLE REFERENCIAR EN NINGÚN DOCUMENTO TÉCNICO, POR RAZÓN DE NO SER PROPIAMENTE UNA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SE PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A TALES NUMERALES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
63	FICHAS TÉCNICAS, CITÓMETRO DE FLUJO, NUMERAL 27, DICE: "CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS O ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA	SU PREGUNTA NO ES ESPECÍFICA, REFIERE EN PRIMER TÉRMINO A CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y SU PREGUNTA

*[Handwritten signature]*

65

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	(FABRICANTESTES EXTRANIEROS). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO PARA LOS REACTIVOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO Y QUE SON FABRICADOS EN EL EXTRANJERO, SE ACEPTE EL ISO DEL PAÍS DE ORIGEN, YA QUE EL FDA O CE SOLO APLICA PARA LOS REACTIVOS IVD Y EL TUV SE REFIERE SOLO A UNO DE LOS ÓRGANOS CERTIFICADORES POSIBLE ¿SE ACEPTA?	REFIERE A REGISTROS Y HACE ALUSIVOS CERTIFICADOS DE CALIDAD. POR LO QUE NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA ANTE LA IMPRECISIÓN DE SU PREGUNTA.
64	<b>BASES, NUMERAL 1.2., PAG. 6, DICE:</b> EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ HACER LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, DE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS QUE PROPORCIONARA EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SUMINISTRO MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES, DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO QUE OTORQUE EN COMODATO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO (REPORTANDO LA FECHA DE ENTREGA E INSTALACIÓN A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA). DE TAL FORMA QUE CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE LA TRANSPORTACIÓN, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN, SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PROVEEDOR." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL TIEMPO DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN PARA EL CASO DEL CITÓMETRO DE FLUJO (EQUIPO DE ALTA COMPLEJIDAD) SEA DE 80 DÍAS NATURALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.
65	<b>ANEXO TÉCNICO, TABLA DE CANTIDADES DE PRUEBAS POR SUBPARTIDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN ESPECIFICAR SI LAS CANTIDADES DE PRUEBAS DESCRITAS SON MENSUALES O SON LAS CANTIDADES TOTALES PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b>	LA CANTIDADES DE PRUEBAS SON MENSUALES.
66	<b>FICHAS TÉCNICAS, CITÓMETRO DE FLUJO, NUMERO 15, DICE "ARRASTRE DE DEL ≤ 0,01% EVITANDO LA CONTAMINACIÓN DE LAS MUESTRAS." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE ARRASTRE EN EL RANGO DEL 0,01 AL 0,05%. ¿SE ACEPTA?</b>	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
67	<b>QUÍMICA CLÍNICA DE ALTO RENDIMIENTO TIPO 2 NUMERAL 8; SOLICITAN VOLUMEN DE MUESTRA· MÍNIMO 20 MICROLITROS</b> SOLICITAMOS SE ACEPTE MÁXIMO 35 UL DE MUESTRA YA QUE ES UN VOLUMEN PEQUEÑO CON EL CUAL SE PUEDEN REALIZAR MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y GERIÁTRICAS. SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
68	<b>QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 1 NUMERAL 4; SOLICITAN CAPACIDAD DE ACCESO CONTINUO</b> SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL INSTRUMENTO CUENTE CON LA CAPACIDAD DE FLUJO CONTINUO, QUE ES EQUIVALENTE A ACCESO CONTINUO SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
69	<b>QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 1 NUMERAL 5; SOLICITAN DILUCIÓN AUTOMÁTICA DE MUESTRAS.</b> SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL INSTRUMENTO CUENTE CON LA CAPACIDAD DE PREDILUCIÓN Y POSTDILUCIÓN AUTOMÁTICA DE MUESTRAS QUE ES EQUIVALENTE A LA DILUCIÓN AUTOMÁTICA. ESTO SIN AFECTAR LOS RESULTADOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
70	<b>CON RELACIÓN AL ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 1.30 COLINESTERASA. DEBIDO A SU BAJO VOLUMEN SOLICITAMOS PODERLA RESOLVER MEDIANTE MAQUILA ¿SE ACEPTA?</b>	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE LA CALIDAD EN EL TRANSPORTE DE LA MUESTRA (PARA QUE NO SUFRA ALTERACIONES) MEDIANTE UN FLUJOGRAMA Y EL TIPO DE VEHÍCULO O TRANSPORTE QUE SE UTILIZARA PARA MOVER LA MUESTRA, ASÍ MISMO LA ENTREGA DE RESULTADOS DEBE



		REALICE EN UN PERIODO DE 1 A 2 DÍAS NATURALES. TODO CON CARTA COMPROMISO.
71	CON RELACIÓN AL ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 Y 1.36 DEL ÁREA TÉCNICA DE QUÍMICA CLÍNICA, SOLICITAMOS PODER RESOLVER ESTAS PRUEBAS EN EL ÁREA TÉCNICA DE INMUNOLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
72	CON RELACIÓN AL ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 1.79, 1.88, Y 1.93 DEL ÁREA TÉCNICA DE INMUNOLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES, SOLICITAMOS PODER RESOLVER ESTAS PRUEBAS EN EL ÁREA TÉCNICA DE QUÍMICA CLÍNICA PRUEBAS ESPECIALES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
73	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3 Y QUÍMICA CLÍNICA DE BAJO RENDIMIENTO SOLICITAMOS QUE DADO QUE ESTOS EQUIPOS ESTÁN PENSADOS SOLO PARA UNIDADES DE BAJO RENDIMIENTO SER REALICEN EN ELLAS LAS SUBPARTIDAS DEL ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA RUTINA Y DEL ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA PRUEBAS ESPECIALES LAS SUBPARTIDAS 1.20 DHL, 1.21LDH, 1.23 AMILASA, 1.24 LIPASA, 1.25 CK, 1.26 CREATININA EN ORINA, 1.27 PROTEÍNAS EN ORINA Y 1.37 HEMOGLOBINA GLICOSILADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
74	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2; NUMERAL 2 SOLICITAMOS ACEPTEN METODOLOGÍA DE FOTOMETRÍA, TURBIDIMETRÍA E ISE. LAS CUALES SON SUFICIENTES PARA RESOLVER LAS PRUEBAS SOLICITADAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
75	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 3; SOLICITAN VELOCIDAD DE 300 PRUEBAS POR HORA DE MANERA CONSTANTE Y HASTA 450 PRUEBAS POR HORA CON ISE (K. NA. CI) SOLICITAMOS SE ACEPTE INSTRUMENTO CON VELOCIDAD DE 300 PRUEBAS POR HORA FOTOMÉTRICAS Y ELECTROLITOS Y 450 PRUEBAS POR HORA SOLO ELECTROLITOS, CON ESTO LOS RESULTADOS SE ENTREGARÁN EN TIEMPO Y FORMA. SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
76	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 5; SOLICITAN VOLUMEN DE MUESTRA DE 2 A 45 UL SOLICITAMOS SE ACEPTE INSTRUMENTO CON VOLUMEN DE MUESTRA DE 1 A 35 UL YA QUE ES MENOR AL SOLICITADO Y SE PUEDEN PROCESAR PRUEBAS PEDIÁTRICAS Y GERIÁTRICAS SIN NECESIDAD DE TOMAR GRANDES CANTIDADES DE MUESTRA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
77	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 5; SOLICITAMOS ACEPTEN EQUIPO CON ALARMA CONTRA COLISIONES. ¿SE ACEPTA?	NO SE PUEDE DAR RESPUESTA YA QUE LO SOLICITADO AL PUNTO 5 NO CORRESPONDE A LO CITADO EN SU PREGUNTA.
78	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 9; SOLICITAN BANDEJA DE REACTIVO DE 60 POSICIONES EN COMPARTIMENTO REFRIGERADO (2-8°C) SOLICITAMOS SE ACEPTE INSTRUMENTO CUENTE CON 42 POSICIONES REFRIGERADAS YA QUE LA CANTIDAD DE PRUEBAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN ES MENOR Y CON ESTAS 42 POSICIONES SE PUEDE CUBRIR LA NECESIDAD DE REACTIVOS EN EL LABORATORIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE PUEDE DAR RESPUESTA YA QUE LO SOLICITADO AL PUNTO 9 NO CORRESPONDE A LO CITADO EN SU PREGUNTA.
79	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 9; SOLICITAN VOLUMEN DE REACTIVO R1:150-350 UL, R2: 20-200 UL SOLICITAMOS SE ACEPTE EL VOLUMEN DE REACTIVO DE 5 A 180 UF TOTAL, YA QUE ES MENOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
80	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 10; SOLICITAN PREDILUCIÓN Y POSTDILUCIÓN PARA MUESTRAS. SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL INSTRUMENTO CUENTE CON CAPACIDAD DE OPTIMIZAR EL VOLUMEN DE MUESTRA CON LA FUNCIÓN DE VOLUMEN DISMINUIDO Y VERIFICAR LOS RESULTADOS BAJOS CON LA FUNCIÓN DE VOLUMEN AUMENTADO QUE ES EL EQUIVALENTE A LAS PREDILUCIONES Y POSTDILUCIONES DE MUESTRAS.	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.

*[Handwritten signature]*

65

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS ¿SE ACEPTA?	
81	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 12; SOLICITAN CALIBRACIÓN LINEAL (UN PUNTO, DOS PUNTOS Y MULTIPUNTOS), LOGIT-LOG 4P, LOGIT-LOG 5P, SPLINE, EXPONENCIAL 5P, POLINOMIO 5P, PARÁBOLA SOLICITAMOS LA CALIBRACIÓN SE LLEVE DE FORMA AUTOMÁTICA. LINEALES. NO LINEALES, MULTIPUNTOS. 2 PUNTOS DE CALIBRACIÓN. FACTOR K, CON HASTA 100 CALIBRADORES PRE PROGRAMABLES. Y ALMACENAMIENTO DE HASTA 180 CUEVAS DE CALIBRACIÓN, ESTO AYUDA A LA EMISIÓN DE RESULTADOS CON UNA ALTA CALIDAD ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
82	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 2, NUMERAL 13; SOLICITAN CONTROL DE CALIDAD MULTIREGLAS DE WESTGARD, CUMULATIVE SUM CHECK, TWIN PLOT. SOLICITAMOS ACEPTEN SE ACEPTE CONTROL DE CALIDAD CON GRAFICAS DE YOUTDEN EN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. TIEMPO REAL GRAFICAS DE LEVEY-JENINGS CON REGLAS DE WESTGARD EN TIEMPO REAL, CON LO CUAL SE ASEGURA LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
83	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3, NUMERAL 1; SOLICITAN ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA, AUTÓNOMO Y DE ACCESO ALEATORIO SOLICITAMOS SE ACEPTE INSTRUMENTO AUTOMATIZADO Y DE ACCESO ALEATORIO QUE ES LO EQUIVALENTE A LOS SOLICITADO, ESTO SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO Y LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
84	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3, NUMERAL 2; SOLICITAN METODOLOGÍA: FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA. TURBIDIMETRÍA PUNTO FINAL. TIEMPO FIJO. CINÉTICO, ISE OPCIONAL, QUÍMICA DE ÚNICO /DOBLE REACTIVO. MONOCROMÁTICO/BICROMÁTICO SOLICITAMOS SE ACEPTE METODOLOGÍA: COLORIMÉTRICA O PUNTO FINAL, CINÉTICA O ENZIMÁTICA, E ISE OPCIONAL YA QUE CON ESTAS METODOLOGÍAS SE MIDEN LOS ANALITOS QUE SOLICITAN EN LA PRESENTE LICITACIÓN CON LECTURA MONOCROMÁTICA O BICROMÁTICA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
85	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3, NUMERAL 3; SOLICITAN VELOCIDAD DE 200 PRUEBAS POR HORA DE MANERA CONSTANTE Y HASTA 400 PRUEBAS CON ISE (K,NA,CI). SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL INSTRUMENTO CUENTE CON UNA VELOCIDAD DE 200 PRUEBAS Y COMO LO INDICA EL PUNTO 2 EL ISE SEA OPCIONAL, Y SE PUEDA OFRECER UN EQUIPO ALTERNO PARA SOLVENTAR EL PROCESO DE LOS ELECTROLITOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
86	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3 NUMERAL 4; SOLICITAN REACTIVO/BANDEJA DE MUESTRA CON 80 POSICIONES PARA REACTIVOS Y 40 POSICIONES PARA MUESTRAS EN COMPARTIMIENTO REFRIGERADO (2-12°C) SOLICITAMOS SE ACEPTEN INSTRUMENTOS CON AL MENOS 45 POSICIONES DE REACTIVOS YA QUE CON ESTA CANTIDAD ES SUFICIENTE PARA EL NUMERO DE ANALITOS QUE SOLICITAN EN LA PRESENTE LICITACIÓN. SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
87	QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3, NUMERAL 7; SOLICITAN DETECCIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDO, PROTECCIÓN CONTRA COLISIÓN VERTICAL Y COMPROBACIÓN DE INVENTARLO, PRECALENTAMIENTO DE REACTIVO SOLICITAMOS SE ACEPTE SENSOR DE NIVEL Y SENSOR DE CHOQUE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.

*[Handwritten signature]*

165

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



88	<b>QUÍMICA CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO TIPO 3, NUMERAL 16; SOLICITAN CONTROL DE CALIDAD X-R. L-J, MULTIREGLAS DE WESTGARD, CHEQUEO DE SUMA ACUMULATIVA</b> SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE CONTROL DE CALIDAD CON GRAFICAS DE L-J Y MULTI REGLAS DE WESTGARD YA QUE CON ESTO SE PUEDE LLEVAR UN BUEN CONTROL DE CALIDAD. LO CUAL SE VE REFLEJADO EN LOS PROGRAMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DONDE SE EVALÚAN ESTAS DOS METODOLOGÍAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
89	<b>QUÍMICA CLÍNICA DE BAJO RENDIMIENTO, NUMERAL 7; SOLICITAN DILUCIÓN AUTOMÁTICA Y/ MANUAL DE MUESTRAS.</b> SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL INSTRUMENTO REALICE DILUCIONES AUTOMÁTICAS CON EL FIN DE QUE EL USUARIO NO SE DISTRAIGA REALIZANDO LAS DILUCIONES POR FUERA LO CUAL PUEDE CAUSAR ERRORES PREANALÍTICOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE PUEDE DAR RESPUESTA YA QUE LO SOLICITADO AL PUNTO 7 NO CORRESPONDE A LO CITADO EN SU PREGUNTA.
90	<b>RESPECTO A LA FICHA TÉCNICA DEL ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA ALTO RENDIMIENTO, NUMERAL 3</b> ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE O RAYO LÁSER O IMPEDANCIA; ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
91	<b>RESPECTO A LA FICHA TÉCNICA DEL ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA ALTO RENDIMIENTO, NUMERAL 5</b> SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN ANALIZADOR QUE UTILICE UN VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 88 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
92	<b>RESPECTO A LA FICHA TÉCNICA DEL ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA MEDIANO RENDIMIENTO, NUMERAL 5</b> SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN ANALIZADOR QUE UTILIZA UN VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 20 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
93	<b>RESPECTO A LA FICHA TÉCNICA DEL ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA BAJO RENDIMIENTO, NUMERAL 6</b> SOLICITAMOS PODER OFERTAR MÉTODO DE FOTOMETRÍA LIBRE DE CIANURO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
94	<b>FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN ALTO RENDIMIENTO. PUNTO NO. 3. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO MINIMO 200 PRUEBAS POR HORA EN BASE AL TIEMPO DE PROTROMBINA.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE ENTRE 140 PRUEBAS POR HORA EN BASE AL TIEMPO DE PROTROMBINA. YA QUE EL HOSPITAL DE MAYOR DEMANDA PARA ESTE TIPO DE EQUIPAMIENTO CUENTA CON 36 PRUEBAS DIARIAS DE TP Y CON LA VELOCIDAD OFRECIDA SE PUEDE RESOLVER LA CARGA DE TRABAJO CON LA MAS ALTA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
95	<b>FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN ALTO RENDIMIENTO. PUNTO NO. 5 MINIMO 10 CANALES DE MEDICIÓN.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO QUE CUENTE ENTRE 8 Y 1º CANALES DE MEDICIÓN. CON LO CUAL LOS RESULTADOS PUEDEN SER REPORTADOS EN TIEMPO Y FORMA SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
96	<b>FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN ALTO RENDIMIENTO. PUNTO NO. 11. CON PERFORADOR DE TAPON DE TUBOS PRIMARIOS.</b> SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTA ESPECIFICACIÓN PUEDA SER OPCIONAL YA QUE COMO PARTE DE LA FASE PREANALITICA DE LA MUESTRAS, LOS USUARIOS DESTAPAN LOS TUBOS PARA VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS O FIBRINA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
97	<b>FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN ALTO RENDIMIENTO. PUNTO NO. 14</b> SOLICITAMOS SE ACEPTE MONITOR EXTERNO CON	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y

*[Handwritten signature]*

65 10

*[Handwritten signature]*



	PANTALLA TACTIL, YA QUE ESTA CARACTERISTICA NO INTERVIENE EN EL PROCESO DE LAS MUESTRAS Y ES SOLO FUNCIONAL, ¿SE ACEPTA?	CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
98	CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS VIGENTE O ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE SE PODRÁ PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-13485, CE, TUV O FDA, COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO EN LOS EQUIPOS A OFERTAR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
99	FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 1. PUNTO NO. 2. SISTEMA ÓPTICO DE 2 CANALES DE MEDICIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE ENTRE 1 A 2 CANALES DE MEDICIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
100	FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 1. PUNTO NO. 5. SISTEMA MECÁNICO DE MEDICIÓN DE COÁGULOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA EQUIPO CON SISTEMA DE MEDICIÓN MECANICO Ó ÓPTICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
101	FICHA TÉCNICA. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN BAJO RENDIMIENTO TIPO 2. PUNTO 7. CAPACIDAD DE CARGA CONTINUA Y PUNTO NO. 12. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR ESTAS DOS ESPECIFICACIONES COMO OPCIONALES, YA QUE SIENDO UN EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO NO APLICA LA CAPACIDAD DE CARGA CONTINUA Y CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.

7.-

EQUIVER, S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	DICE NUMERAL 7: INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DE LA PROPOSICIONES. PUNTO 7.1.3. LA DOCUMENTACION QUE INTEGRE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEBERAN RESPETAR EL ORDEN SEÑALADO EN LOS PUNTOS 7.2 Y 7.3 DE LAS PRESENTES BASES, UTILIZANDO SEPARADORES Y FOLIADO EL TOTAL DE LAS HOJAS QUE LA INTEGREN, POR EJEMPLO: DEL 1 AL N DE LA PROPUESTA TECNICA Y DEL 1 AL N DE LA PROPUESTA ECONOMICA. PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, ¿SI SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO PRESENTAR FOLIADA NUESTRAS PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA?	NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, NO PRESENTAR FOLIADA LAS PROPUESTAS, PERO INVARIABLEMENTE DEBERÁN RESPETAR EL ORDEN SEÑALADO.
2	DICE NUMERAL 7: INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DE LA PROPOSICIONES. PUNTO 7.2.32. CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS Y EL ANALISIS Y EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN DISPOSITIVO MAGNETICO (USB). LA PROPUESTA TECNICA EN PROGRAMA EXEL DE OFFICE 2003-2007, CONFORME A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO TECNICO, DEBIENDO COINCIDIR EXACTAMENTE CON LA PRESENTADA EN FORMA ESCRITA, SIN CELDAS COMBINADAS, EN MAYUSCULAS. LA FALTA DE OBSERVANCIA DE ESTA PETICION, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION DEL PARTICIPANTE. PREGUNTA	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.



	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR NUESTRA PROPUESTA TECNIA Y ECONOMICA EN UN CD, CADA UNA POR SEPARADO EN SU RESPECTIVO SOBRE, ¿SE ACEPTA?	
3	<b>DICE</b> <b>NUMERAL 7: PROPUESTA ECONOMICA.</b> <b>PUNTO 7.3.2 DOCUMENTO EN EL QUE DEBERA ESTIPULAR DE MANERA CLARA Y PRECISA CONFORME AL ANEXO N°19 LA INFORMACION SIGUIENTE:</b> <b>PREGUNTA</b> SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PONER LA LEYENDA "CONFORME A BASES" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
4	<b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL NÚMERO DE PERSONAS POR EMPRESA QUE PUEDEN ASISTIR AL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES	SOLO UNA PERSONA POR EMPRESA
5	<b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LA IMPORTANCIA QUE TIENE ESTA LICITACIÓN PARA EL ESTADO Y CON LA FINALIDAD DE PODER OFERTAR EQUIPOS DE LA MÁS ALTA CALIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS, ESTA LICITACIÓN SE LLEVE AL CABO, BAJO LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.	NO ES POSIBLE DEBIDO A QUE SE TRATA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DONDE SÓLO PARTICIPAN PROVEEDORES DE NACIONALIDAD MEXICANA
6	<b>PREGUNTA:</b> EN EL RENGLÓN 101: SOLICITAN LA PRUEBA DE VISCOELÁSTICA EN SANGRE TOTAL PARA 7 UNIDADES, REALIZÁNDOLO CON UN TROMBOELASTOMETRO, LO QUE EQUIVALE AL 0.03 % DE LA DEMANDA TOTAL DE LAS PRUEBAS MENSUALES LICITADAS, ACTUALMENTE EN MÉXICO SÓLO HAY UNA CASA COMERCIAL QUE COMERCIALIZA ESTE EQUIPO CON ESTA METODOLOGÍA "WERFEN" POR LO QUE TODO EL PESO DE LA LICITACIÓN RECAE EN PROPORCIONAR UN EQUIPO EN EL CUAL SE REALIZAN EL 0.03 % DE LA DEMANDA, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO CAER EN MONOPOLIOS Y PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE REALIZASE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MARCA DE ESTA PRUEBA, EVITANDO ASÍ QUE UN SOLO DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO DIRIJA LA LICITACIÓN CON DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS PARA COMERCIALIZAR SU MARCA.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.
7	<b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE OFRECER MEJORES PRECIOS NOS PERMITA OFRECER EQUIPOS DE ACUERDO A SU PRODUCTIVIDAD, SIN QUE ESTO SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS OFERENTES.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.

Handwritten signature and initials on the right margin, including the number 59.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<b>DICE:</b> ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS DE ALTO RENDIMIENTO. 1. ANALIZADOR AUTOMÁTICO QUE ENTRE LAS PRUEBAS QUE REALICE PARA DIAGNÓSTICO INMEDIATO SEA PH, PO2, PCO2, NA, K, CA, GLUCOSA LACTATO, HEMATOCRITO Y PARAMETROS CALCULADOS EN SANGRE <b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE INCLUIR EL CÁLCULO DE FSHUNT Y CTO2(A-V) PARA APOYAR EN EL DIAGNÓSTICO DE LA HIPOXEMIA EN LA NEUMONÍA Y EL EDEMA PULMONAR SEVERO, DEBIDO AL TIPO DE ESTADO EN QUE PUEDEN LLEGAR LOS PACIENTES AL INSTITUTO.	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
2	<b>DICE:</b> ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS DE ALTO RENDIMIENTO. 7. DETERMINACIÓN CON MÍNIMO 65 MICROLITROS CAPILAR DE MUESTRA Y MÁXIMO 150 MICROLITROS <b>PREGUNTA:</b>	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.

Handwritten signature and initials on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the number 35.



	<p>SUGERIMOS A LA CONVOCANTE INCLUIR UN VOLUMEN MÁXIMO DE 70 UL DE MUESTRA. LA SANGRE ES EL RECURSO MAS PRECIADO DE LOS PACIENTES Y CUIDARLA DENTRO DE LOS MISMOS ES EL OBJETIVO DE ESTA SUGERENCIA.</p> <p>LOS PACIENTES CRÍTICOS PUEDEN LLEGAR A TOMARLES ENTRE 1 Y 5 GASOMETRÍAS DIARIAS DEPENDIENTE DE LOS PADECIMIENTOS PRESENTES, SIN CONTAR LOS DEMÁS ESTUDIOS DE LABORATORIO QUE TAMBIÉN DEMANDAN ESTE RECURSO TAN PRECIADO.</p>	
3	<p><b>DICE:</b> ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS DE ALTO RENDIMIENTO. 2, CAPAZ DE REALIZAR LA VALIDACIÓN DE LOS SENSORES AUTOMÁTICAMENTE. 4, REQUIERE DE UN SOLO CARTUCHO MULTIPRUEBAS DONDE SE ENCUENTREN INTEGRADAS LAS SOLUCIONES, REACTIVOS, SENSORES, BOLSA DE DESECHO, AGUJA TOMA MUESTRAS, GASES MEZCLADOS, SOLUCIONES CALIBRADORAS Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL ANALIZADOR CALIBRE</p> <p><b>PREGUNTA:</b> ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EN APEGO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SELECCIÓN DE MATERIALES DE CONTROL DE CALIDAD QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE UTILIZAR MATERIALES DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DIARIO DISTINTOS A LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CALIBRACIÓN DEL MISMO INSTRUMENTO?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
4	<p><b>DICE:</b> ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS DE ALTO RENDIMIENTO. 12, ARCHIVA ANÁLISIS COMPLETOS DE PACIENTES, GRÁFICOS DE CALIDAD Y SOLUCIONES CONTROL, ASÍ COMO LA TENDENCIA DE LOS RESULTADOS DE LOS PACIENTES.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> ¿PODRÍA AMABLEMENTE LA CONVOCANTE CONFIRMARNOS, QUE DE ACUERDO CON BASES LOS EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO DEBERÁN DE CONTAR CON HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS QUE PERMITAN LA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, ¿COMO LA GRÁFICA EQUILIBRIO DE ACIDO BASE (SIGGAARD ANDERSEN) PARA EL CASO DE GASOMETRÍAS?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
5	<p><b>DICE:</b> ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS DE MEDIANO RENDIMIENTO. 3, QUE TENGA LA CAPACIDAD DE PROCESAR LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: SODIO, POTASIO, CLORO Y LITIO.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> REFERENTE A LOS ELECTROLITOS CA(CALCIO), NA(SODIO), CL (CLORO), K(POTASIO). ¿PUEDEN CONFIRMAR QUE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, EL USO DIAGNÓSTICO Y LAS CARACTERÍSTICAS PREANALÍTICAS DE LAS MUESTRAS DE GASOMETRÍAS PUEDAN OFERTARSE EQUIPOS QUE ENTREGUEN LOS CUATRO ELECTROLITOS UTILIZANDO UNA SOLA MUESTRA DEL PACIENTE PARA EVITAR ERRORES ANALÍTICOS, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL INSTITUTO</p>	<p>NO SE PUEDE DAR RESPUESTA YA QUE LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA REFERIDA EN SU PREGUNTA ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS DE MEDIANO RENDIMIENTO EL PUNTO 3 NO CORRESPONDE A LO CITADO EN SU PREGUNTA .</p>
6	<p><b>DICE:</b> ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS DE MEDIANO RENDIMIENTO. 4, REQUIERE 150UL DE MUESTRA.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SUGERIMOS A LA CONVOCANTE INCLUIR UN VOLUMEN MÁXIMO DE 70 UL DE MUESTRA. LA SANGRE ES EL RECURSO MAS PRECIADO DE LOS PACIENTES Y CUIDARLA DENTRO DE LOS MISMOS ES EL OBJETIVO DE ESTA SUGERENCIA.</p> <p>LOS PACIENTES CRÍTICOS PUEDEN LLEGAR A TOMARLES ENTRE 1 Y 5 GASOMETRÍAS DIARIAS DEPENDIENTE DE LOS PADECIMIENTOS PRESENTES, SIN CONTAR LOS DEMÁS ESTUDIOS DE LABORATORIO QUE TAMBIÉN DEMANDAN ESTE RECURSO TAN PRECIADO.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
7	<p><b>DICE:</b> ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS DE MEDIANO RENDIMIENTO. 7, REQUIERE DE UN SOLO CARTUCHO MULTIPRUEBAS DONDE SE ENCUENTREN INTEGRADAS LAS SOLUCIONES, REACTIVOS, SENSORES,</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>

*[Handwritten signature]*

165

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	<p>BOLSA DE DESECHO, AGUJA TOMA MUESTRAS, GASES MEZCLADOS, SOLUCIONES CALIBRADORAS Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL ANALIZADOR CALIBRE.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EN APEGO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SELECCIÓN DE MATERIALES DE CONTROL DE CALIDAD QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE UTILIZAR MATERIALES DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DIARIO DISTINTOS A LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CALIBRACIÓN DEL MISMO INSTRUMENTO?</p>	
8	<p><b>DICE:</b> ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS DE MEDIANO RENDIMIENTO. 11. GRÁFICAS DE SEGMENTOS.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> ¿PODRÍA AMABLEMENTE LA CONVOCANTE CONFIRMARNOS, QUE DE ACUERDO CON BASES LOS EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO DEBERÁN DE CONTAR CON HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS QUE PERMITAN LA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. ¿COMO LA GRÁFICA EQUILIBRIO DE ACIDO BASE (SIGGAARD ANDERSEN) PARA EL CASO DE GASOMETRÍAS?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
9	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 1 DE 4 NUMERAL: 2. BAJO AMBIENTE WINDOWS, COMPATIBLE CON LENGUAJES Y ESTANDARES DE PROGRAMACION HTML, HL7, DHTML, AJAX, XML, WEB SERVICES, JAVA Y JAVA SCRIPT LOS CUALES TRABAJAN CONJUNTAMENTE EN EL MANEJO DE DATOS A TRAVÉS DE BASE DE DATOS ORACLE.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> EN ESTE PUNTO SOLAMENTE SE ESPECIFICA UN MANEJADOR DE BASE DE DATOS ORACLE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO ESPECIFICAR MARCAS Y/O MODELOS, YA QUE EL MANEJADOR DE BASE DE DATOS LO SOLICITAN DE LA MARCA ORACLE Y ESTARÍA DIRIGIENDO LA LICITACIÓN A UNA SOLA MARCA, ¿ES CORRECTO QUE SE PUEDAN OFERTAR OTRAS MARCAS DEL MANEJADOR DE BASE DE DATOS, COMO MSSQL, POSTGRESQL, ETC.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
10	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 1 DE 4 NUMERAL: 4 FUNCIONE EN SISTEMAS OPERATIVOS DE LA FAMILIA WINDOWS DESDE XP HASTA WINDOWS 7, MACOS, LINUX</p> <p><b>PREGUNTA:</b> LAS ÚLTIMAS VERSIONES DE WINDOWS SON 10 U 11, FAVOR DE ACLARAR SI SE PUEDE OFERTAR VERSIONES POSTERIORES A WINDOWS 7. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>LA VERSIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS DEBERÁ SER SUPERIOR A 7.</p>
11	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 1 DE 4 NUMERAL: 5 CONFIGURABLE Y ADAPTABLE A MODIFICACIONES O ADICIONES QUE LA INSTITUCIÓN REQUIERA.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> ESTA SOLICITUD ES MUY ABIERTA, PORQUE NO ESPECIFICAN LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES REQUERIDAS POR EL INSTITUTO. SOLICITAMOS ACLARAR SI ESTAS MODIFICACIONES O ADICIONES PASARAN POR UN PROCESO DE APROBACIÓN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA CON EL LICITANTE GANADOR.</p>	<p>EL SISTEMA INFORMÁTICO DEBE DE SER CONFIGURABLE Y ADAPTABLE, DE ACUERDO A LA NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS, POR EJEMPLO, INSERTAR NOMBRE, DOMICILIO, MEMBRETES, ETC., EN LA HOJA DE RESULTADOS.</p>



	¿ES CORRECTO?	
12	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 1 DE 4 NUMERAL: 8 CON CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO REMOTO LAS 24 HORAS X 365 DÍAS AL AÑO. <b>PREGUNTA:</b> PARA DAR SERVICIO REMOTO DE MANTENIMIENTO, SE REQUIERE DEL SERVICIO DE INTERNET. FAVOR DE ACLARAR SI CADA LABORATORIO YA CUENTA CON SERVICIO DE INTERNET POR PARTE DEL INSTITUTO, O DEBE SER CONSIDERADO EN LA PROPUESTA DEL LICITANTE.</p>	<p>EL PARTICIPANTE QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ DE REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL SERVICIO, INCLUYENDO EL SERVICIO DE INTERNET.</p>
13	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 1 DE 4 NUMERAL: 9 CONSULTA DE RESULTADOS WEB PARA PACIENTES, DONDE EL PACIENTE PUEDE CONSULTAR LOS RESULTADOS EN CUALQUIER PLATAFORMA DISPOSITIVO CON ACCESO A INTERNET MEDIANTE UN PASSWORD ÚNICO E IRREPETIBLE <b>PREGUNTA:</b> COMPRENDEMOS QUE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA DE LABORATORIO DEBE SER DE USO INTERNO DEL INSTITUTO, Y EN ESTE PUNTO ESTÁN SOLICITANDO QUE LOS PACIENTES PUEDAN CONSULTAR SUS RESULTADOS EN UNA PÁGINA WEB CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR, COMPROMETIENDO LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. FAVOR DE ACLARAR SI ES CORRECTO, O SÓLO SE DARÁ ACCESO EN LA INTRANET DEL INSTITUTO A LOS MÉDICOS.</p>	<p>EL ACCESO ES PROPIO DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE SESVER.</p>
14	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 1 DE 4 NUMERAL: 12 REGISTROS E IDENTIFICACION DEL PACIENTE DE FORMA MANUAL POR MEDIO DE PERSONAL DE RECEPCION DEL LABORATORIO, EN LOS DISTINTOS SERVICIOS HOSPITALARIOS O DE FORMA AUTOMATIZADA DESDE UN SISTEMA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO <b>PREGUNTA:</b> ¿CUÁNTOS SERVICIOS DE CADA HOSPITAL NECESITAN REGISTRAR PACIENTES CON SOLICITUDES DE ESTUDIOS DE LABORATORIO?</p>	<p>DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA. LAS CUALES SE REVISARON DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES.</p>
15	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 1 DE 4 NUMERAL: 12 REGISTROS E IDENTIFICACION DEL PACIENTE DE FORMA MANUAL POR MEDIO DE PERSONAL DE RECEPCION DEL LABORATORIO, EN LOS DISTINTOS SERVICIOS HOSPITALARIOS O DE FORMA AUTOMATIZADA DESDE UN SISTEMA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO <b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS ACLARAR SI REQUIEREN QUE LAS SOLICITUDES DE ESTUDIOS DE LABORATORIO QUE SE REGISTREN DESDE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS, SE GENEREN MEDIANTE UN MÓDULO WEB DEL PROPIO SISTEMA DE LABORATORIO. O SI REQUIEREN QUE SE HAGA LA INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.</p>	<p>DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA. LAS CUALES SE REVISARON DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES.</p>

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large 'D' on the left, and several initials and a signature on the right side, some of which are written vertically.



	YA QUE, DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD SOLICITADA, REPERCUTIRÁ EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, FAVOR DE ACLARAR.	
16	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 1 DE 4 NUMERAL: 12 REGISTROS E IDENTIFICACION DEL PACIENTE DE FORMA MANUAL POR MEDIO DE PERSONAL DE RECEPCION DEL LABORATORIO, EN LOS DISTINTOS SERVICIOS HOSPITALARIOS O DE FORMA AUTOMATIZADA DESDE UN SISTEMA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO</p> <p><b>PREGUNTA:</b> EN CASO DE QUE HAYAN ELEGIDO LA OPCIÓN DE INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, FAVOR DE PROPORCIONAR LOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN, Y EJEMPLOS DE MENSAJERÍA CORRESPONDIENTES.</p>	REFERIRSE A LA PREGUNTA ANTERIOR.
17	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 1 DE 4 NUMERAL: 26 ENVÍO BIDIRECCIONAL DE DATOS A ANALIZADORES Y OTROS SISTEMAS.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> FAVOR DE ACLARAR A QUÉ OTROS SISTEMAS SE DEBEN ENVIAR LOS DATOS</p>	SE REFIERE AL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS.
18	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 1 DE 4 NUMERAL: 27 QUE INCLUYA ETIQUETADORA PARA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS INDIVIDUALES O POR SECCIONES</p> <p><b>PREGUNTA:</b> FAVOR DE ACLARAR SI "QUE INCLUYA ETIQUETADORA" SE REFIEREN A QUE EL SISTEMA PUEDA IMPRIMIR ETIQUETAS INDIVIDUALES, O POR SECCIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?</p>	QUE PUEDA IMPRIMIR ETIQUETAS INDIVIDUALES.
19	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 1 DE 4 NUMERAL: 29 MODULO PARA EL MANEJO DE GRADILLAS (SEROTECA) CON ROBOT (BRAZO ROBÓTICO)</p> <p><b>PREGUNTA:</b> FAVOR DE ACLARAR PARA CUÁLES HOSPITALES SE REQUIERE ESTA FUNCIONALIDAD CON EL ROBOT (BRAZO ROBÓTICO).</p>	PARA LOS HOSPITALES QUE LO REQUIERAN. LOS CUALES SE REVISARON DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES.
20	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 1 DE 4 NUMERAL: 34 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS O ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) O TIJV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS)</p> <p><b>PREGUNTA:</b> FAVOR ACLARAR SI SE REFIEREN AL ISO 9001:2015, QUE ES LA NORMA VIGENTE.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



21	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 2 DE 4 NUMERAL: 53 ENVÍO DE RESULTADOS CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> TENIENDO UNA PÁGINA WEB DE CONSULTA DE RESULTADOS DE LABORATORIO DENTRO EXCLUSIVAMENTE DE LA RED HOSPITALARIA, Y PARA CONSULTA DE LOS MÉDICOS, PREGUNTAMOS ¿POR QUÉ ENVIAR DICHA INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO?, YA QUE CON ELLO VIOLARÍAMOS LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y OCASIONARÍAMOS UN RIESGO DE SEGURIDAD Y VULNERABILIDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO SEA REQUERIDO EL ENVÍO DE RESULTADOS POR CORREOS ELECTRÓNICO.</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. EL ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO PUEDE SER DE UNIDAD MÉDICA A OTRA UNIDAD MÉDICA EN CASO DE QUE EL PACIENTE FUERA TRASLADADO.</p>
22	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 2 DE 4 NUMERAL: 56 CONSULTA RESULTADOS PÁGINA WEB (PACIENTES Y MÉDICOS).</p> <p><b>PREGUNTA:</b> COMPRENDEMOS QUE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA DE LABORATORIO DEBE SER DE USO INTERNO DEL INSTITUTO, Y EN ESTE PUNTO ESTÁN SOLICITANDO QUE LOS PACIENTES PUEDAN CONSULTAR SUS RESULTADOS EN UNA PÁGINA WEB CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR, COMPROMETIENDO LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. FAVOR DE ACLARAR SI ES CORRECTO, O SÓLO SE DARÁ ACCESO EN LA INTRANET DEL INSTITUTO A LOS MÉDICOS.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL ACCESO ES PROPIO DE SESVER.</p>
23	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 2 DE 4 NUMERAL: 58 CONSULTA DE RESULTADOS A TRAVÉS DE UNA APP (ANDROID Y IOS).</p> <p><b>PREGUNTA:</b> COMPRENDEMOS QUE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA DE LABORATORIO DEBE SER DE USO INTERNO DEL INSTITUTO, Y EN ESTE PUNTO ESTÁN SOLICITANDO QUE LOS RESULTADOS PUEDAN SER CONSULTADOS A TRAVÉS DE UNA APP MÓVIL. ESTO COMPROMETE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN POR LA DIVERSIDAD DE DISPOSITIVOS EXISTENTES EN EL MERCADO, ASÍ COMO LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS. FAVOR DE ACLARAR SI ES CORRECTO, O SÓLO SE DARÁ ACCESO EN LA INTRANET DEL INSTITUTO A LOS MÉDICOS.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL ACCESO ES PROPIO DE SESVER.</p>
24	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 2 DE 4 NUMERAL: 59 MÓDULO DE MENSAJERÍA INTERNA (TIPO E-MAIL)</p> <p><b>PREGUNTA:</b> PARA APROVECHAR LA MÁXIMA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE LABORATORIO, SOLICITAMOS SEA ACEPTADA LA OPCIÓN DE USAR LA MENSAJERÍA PROPIA DEL SISTEMA, PARA AVISOS DE ALERTAS, EVENTUALIDADES EN LAS SOLICITUDES Y MUESTRAS DE LOS PACIENTES, NOTICIAS CLÍNICAS, ALARMAS, ETC. ¿SE ACEPTA ESTA ALTERNATIVA PROPUESTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
25	<p><b>DICE:</b></p>	<p>PARA EL ÁREA DE HEMATOLOGÍA.</p>

165



	<p>PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 3 DE 4 NUMERAL: 79 POSIBILIDAD DE RECIBIR LAS IMÁGENES DE ANALIZADORES: HEMOGRAMAS, HISTOGRAMAS, ESCATOGRAMAS, CURVAS <b>PREGUNTA:</b> ¿PARA QUÉ SECCIONES DE LABORATORIO REQUIEREN LAS IMÁGENES DE ESCATOGRAMAS?</p>	
26	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 1 DE 4 NUMERAL: 34 POSIBILIDAD DE RECIBIR LAS IMÁGENES DE ANALIZADORES: HEMOGRAMAS, HISTOGRAMAS, ESCATOGRAMAS, CURVAS <b>PREGUNTA:</b> FAVOR DETERMINAR SI CON "CURVAS" SE REFIEREN A LAS CURVAS DE ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS.</p>	<p>SE REFIERE A LAS CURVAS DE CALIBRACIONES, CONTROLES DE CALIDAD, ETC.</p>
27	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 3 DE 4 NUMERAL: 88 Y 89 CON LA CAPACIDAD DE ENVIAR CORREOS ELECTRÓNICOS A PACIENTES DIRECTAMENTE. CON LA CAPACIDAD DE ENVIAR LOS RESULTADOS POR CORREO ELECTRONICO, EN FORMATO PDF. CON CONTRASEÑA AL MEDICO <b>PREGUNTA:</b> TENIENDO UNA PÁGINA WEB DE CONSULTA DE RESULTADOS DE LABORATORIO DENTRO EXCLUSIVAMENTE DE LA RED HOSPITALARIA, Y PARA CONSULTA DE LOS MÉDICOS, PREGUNTAMOS ¿POR QUÉ ENVIAR DICHA INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO? YA QUE CON ELLO VIOLARÍAMOS LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y OCASIONARÍAMOS UN RIESGO DE SEGURIDAD Y VULNERABILIDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO SEA REQUERIDO EL ENVÍO DE RESULTADOS POR CORREOS ELECTRÓNICO.</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. EL ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO PUEDE SER DE UNIDAD MÉDICA A OTRA UNIDAD MÉDICA EN CASO DE QUE EL PACIENTE FUERA TRASLADADO.</p>
28	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 3 DE 4 NUMERAL: 90 POSIBILIDAD DE PONER FIRMA DIGITAL DE LOS USUARIOS VALIDADORES. <b>PREGUNTA:</b> FAVOR ACLARAR SI SE REFIEREN A QUE EN EL REPORTE DE RESULTADOS DEBERÁ ESTAR LAS FIRMAS DIGITALIZADAS DE LOS USUARIOS VALIDADORES, Y EL JEFE DEL SERVICIO.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
29	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 3 DE 4 NUMERAL: 92 POSIBILIDAD DE RECIBIR IMÁGENES DESDE MICROSCOPIO DIGITAL <b>PREGUNTA:</b> FAVOR INDICAR PARA QUÉ HOSPITALES Y SECCIONES DE LABORATORIO, SE REQUIERE LA INTERFAZ DEL MICROSCOPIO DIGITAL.</p>	<p>PARA LOS HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD Y EL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DR. MIGUEL DORANTES MESA.</p>

Handwritten signature in blue ink.



30	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 3 DE 4 NUMERAL: 94 INGRESO DE PACIENTES MEDIANTE LA WEB POR MEDIO DE INTRALAB. <b>PREGUNTA:</b> CON "INTRALAB" ESTÁN HACIENDO REFERENCIA A UNA MARCA Y PROVEEDOR ESPECÍFICO, CON LO CUAL ESTÁN DIRECCIONANDO LA PARTICIPACIÓN A DICHO PROVEEDOR. SOLICITAMOS ELIMINAR LA MARCA ESPECÍFICA PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
31	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 3 DE 4 NUMERAL: 101 MÓDULO BUSINESS INTELLIGENCE QUE LE PERMITA AL LABORATORIO REALIZAR LAS MEDICIONES QUE CONSIDERE DE VALOR EN LOS PROCESOS DE SU LABORATORIO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE KPIS Y QUE TODO PUEDA SER VISUALIZADO MEDIANTE GRÁFICAS PERSONALIZADAS. <b>PREGUNTA:</b> FAVOR DE DETALLAR LOS KPIS DE ESTE MÓDULO, Y PROPORCIONAR EJEMPLOS.</p>	<p>SE REFIERE PARA PODER REALIZAR LA PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL DE LOS TÉCNICO EN EL LABORATORIO.</p>
32	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 3 DE 4 NUMERAL: 102 MÓDULO DE MICROBIOLOGIA QUE PERMITA EXTRAER INFORMACIÓN MEDIANTE PIVOTES PERSONALIZADOS Y TABLAS DINÁMICAS PARA FINES ESTADÍSTICOS DE LA POBLACIÓN QUE ATIENDE AL LABORATORIO. <b>PREGUNTA:</b> FAVOR DE PROPORCIONAR LOS PIVOTES PERSONALIZADOS.</p>	<p>SON DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS.</p>
33	<p><b>DICE:</b> PÁGINA 144 DE LAS BASES FICHA TÉCNICA DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO" PÁGINA 3 DE 4 NUMERAL: 103 MÓDULO PARA GENÉTICA. <b>PREGUNTA:</b> FAVOR DE DESCRIBIR AMPLIAMENTE TODAS LAS FUNCIONES QUE DEBE TENER ESTE MÓDULO, YA QUE SU FUNCIONALIDAD PUEDE SER MUY SOFISTICADA, Y NO HAY INFORMACIÓN ALGUNA EN LAS BASES DE LICITACIÓN. ¿QUÉ HOSPITALES LO REQUIEREN? ¿CUÁNTOS SERÁN LOS USUARIOS? ¿QUÉ FORMATOS DE IMPRESIÓN SE GENERAN? FAVOR DE ACLARAR SI SE REQUIERE O NO EL MÓDULO PARA GENÉTICA.</p>	<p>NO SE CUENTA CON SERVICIO DE GENÉTICA EN NINGUNA UNIDAD MÉDICA POR LO TANTO NO SE REQUIERE DE ESTE PUNTO.</p>
34	<p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SÓLO SE DEBEN ENTREGAR LAS HOJAS DE MANUALES, FOLLETOS, CATÁLOGOS E INSERTOS QUE CONTENGAN ALGUNA REFERENCIA CORRESPONDIENTE A LAS FICHAS TÉCNICAS.</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO VENGAN IDENTIFICADOS QUE FORMAN PARTE DEL DOCUMENTO OFERTADO Y QUE ESTÉN DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, SIN TACHADURAS, BORRADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
35	<p><b>DICE:</b></p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>

*[Handwritten signature]*

165

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



	<p>1.1 EL SUMINISTRO REQUERIDO CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS, ES EL QUE SE DESCRIBE EN EL ANEXO TÉCNICO Y FICHAS TÉCNICAS QUE FORMA PARTE DE LAS BASES.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS ENTREGAS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SE HARÁN POR ÓRDENES DE SUMINISTRO Y CALENDARIZACIÓN? ¿Y QUE ESTAS SE DARÁN A CONOCER AL LICITANTE ADJUDICADO?</p>	
36	<p><b>DICE:</b> FICHAS TÉCNICAS. 18. INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL USUARIO EN EL LUGAR DE DESTINO DE EQUIPO, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, ETC;</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PARA LOS PUNTOS DE LAS FICHAS TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTRAN EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSERTOS Y MANUALES DE LOS EQUIPOS.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
37	<p><b>DICE:</b> NUMERAL 7: INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DE LA PROPOSICIONES. PUNTO 7.1.3. LA DOCUMENTACION QUE INTEGRE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEBERAN RESPETAR EL ORDEN SEÑALADO EN LOS PUNTOS 7.2 Y 7.3 DE LAS PRESENTES BASES, UTILIZANDO SEPARADORES Y FOLIADO EL TOTAL DE LAS HOJAS QUE LA INTEGREN, POR EJEMPLO: DEL 1 AL N DE LA PROPUESTA TECNICA Y DEL 1 AL N DE LA PROPUESTA ECONOMICA.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, ¿SI SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO PRESENTAR FOLIADA NUESTRAS PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA?</p>	<p>NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, NO PRESENTAR FOLIADA LAS PROPUESTAS, PERO INVARIABLEMENTE DEBERÁN PRESENTARSE EN EL ORDEN SEÑALADO.</p>
38	<p><b>DICE:</b> NUMERAL 7: INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DE LA PROPOSICIONES. PUNTO 7.2.32. CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS Y EL ANALISIS Y EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN DISPOSITIVO MAGNETICO (USB). LA PROPUESTA TECNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007, CONFORME A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO TECNICO, DEBIENDO COINCIDIR EXACTAMENTE CON LA PRESENTADA EN FORMA ESCRITA, SIN CELDAS COMBINADAS, EN MAYUSCULAS. LA FALTA DE OBSERVANCIA DE ESTA PETICION, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION DEL PARTICIPANTE.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR NUESTRA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN UN CD, CADA UNA POR SEPARADO EN SU RESPECTIVO SOBRE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
39	<p><b>DICE:</b> NUMERAL 7: PROPUESTA ECONOMICA. PUNTO 7.3.2 DOCUMENTO EN EL QUE DEBERA ESTIPULAR DE MANERA CLARA Y PRECISA CONFORME AL ANEXO N°19 LA INFORMACION SIGUIENTE</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PONER LA LEYENDA "CONFORME A BASES" ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
40	<p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR REGISTROS SANITARIOS DE REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES POR FAMILIA, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO TENER UN VOLUMEN FINAL DE HOJAS MUY ALTO.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE ENTREGUE LA TOTALIDAD DE REACTIVOS, CONTROLADORES Y CALIBRADORES.</p>
41	<p><b>DICE:</b> FICHAS TÉCNICAS</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '65'.

65

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '43'.



	<p>ANALIZADOR DE INMUNOLOGÍA MEDIANO RENDIMIENTO. 4, CON POSICIONES DE RECATIVO REFRIGERADAS</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE REQUIERE QUE SE RETIREN CALIBRADORES, CONTROLES Y REACTIVOS AL TERMINO DEL PROCESAMIENTO PARA PODER SER DEVUELTOS A SU LUGAR DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO.</p>	<p>CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
42	<p><b>DICE:</b> FICHAS TÉCNICAS ANALIZADOR DE INMUNOLOGÍA MEDIANO RENDIMIENTO. 9, ALMACENAMIENTO MÍNIMO DE 5000 MUESTRAS.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DADO QUE SE OFERTAN EQUIPOS CON INTERFAZ BIDIRECCIONAL, OMITA LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO DE RESULTADOS.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
43	<p><b>DICE:</b> FICHAS TÉCNICAS ANALIZADOR DE INMUNOLOGÍA MEDIANO RENDIMIENTO. 12, CAPAZ DE CONFIGURARSE CON UN EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA. 15, QUE EL EQUIPO A OFERTAR SEA CONFIGURABLE Y EXPANDIBLE, CAPAZ DE UNIFICAR LAS ÁREAS DE QC E INMUNO.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SOLICITA ESTE PUNTO DADO QUE YA ES UN HECHO LA CONJUNCIÓN DE AMBAS ÁREAS.</p>	<p>ESTE PUNTO ES OPCIONAL.</p>
44	<p><b>DICE:</b> FICHAS TÉCNICAS ANALIZADOR DE ELECTROLITOS DE ALTO RENDIMIENTO. 1, EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE ELECTROLITOS.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA, DEFINIR "EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO" PARA ESTA FICHA.</p>	<p>QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE REALIZAR SUS CALIBRACIONES, LAVADOS Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE MANERA AUTOMÁTICA DESPUÉS DEL INGRESO DE LAS MISMAS.</p>
45	<p><b>DICE:</b> FICHAS TÉCNICAS ANALIZADOR DE ELECTROLITOS DE ALTO RENDIMIENTO. 7, CONTROL DE CALIDAD A TRES NIVELES.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA EN ESTE PUNTO, LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, POR LO TANTO, Y CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE TENGA MÁS OPCIONES DE PRECIO, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR CONTROL DE CALIDAD A 2 NIVELES: NORMAL Y PATOLÓGICO.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
46	<p><b>DICE:</b> FICHAS TÉCNICAS ANALIZADOR DE ELECTROLITOS DE ALTO RENDIMIENTO. 6, CAPACIDAD DE EXTRAER LAS MUESTRAS DIRECTAMENTE DE: JERINGAS, TUBOS DE ENSAYE, COPILLAS DE MUESTRA Y CAPILARES, COPAS DE MUESTRA.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI NECESITA UN EQUIPO DE GASES O UNO DE ELECTROLITOS PARA ESTA FICHA.</p>	<p>SE SOLICITA UN EQUIPO DE ELECTROLITOS DE ALTO RENDIMIENTO.</p>
47	<p><b>DICE:</b> FICHAS TÉCNICAS ANALIZADOR DE ELECTROLITOS DE ALTO RENDIMIENTO. 3, QUE TENGA LA CAPACIDAD DE PROCESAR LOS SIGUIENTES PARAMETROS: SODIO, POTASIO, CLORO, LITIO.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, INDIQUE EN QUE UNIDADES SE PROCESARÁ LITIO Y EN QUE CANTIDADES.</p>	<p>A LAS UNIDADES MÉDICAS CON MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN LA SUBPARTIDA 1.264.</p>
48	<p><b>DICE:</b> FICHAS TÉCNICAS</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y</p>



	<p>ANALIZADOR DE UROANÁLISIS MEDIANO RENDIMIENTO. 2, VELOCIDAD 500 TIRAS/H <b>PREGUNTA:</b> CONSIDERANDO EL NÚMERO DE MUESTRAS Y LA JORNADA LABORAL DE UN LABORATORIO CLINICO PROMEDIO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 400 TIRAS/HORA.</p>	<p>CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
49	<p><b>DICE:</b> FICHAS TÉCNICAS ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS BAJO RENDIMIENTO. 6, CAPACIDAD DE ALMACENAR DE MÍNIMO 1000 RESULTADOS DE PACIENTES. <b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DADO QUE SE OFERTAN EQUIPOS CON INTERFAZ BIDIRECCIONAL, OMITA LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO DE RESULTADOS.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
50	<p><b>DICE:</b> EN EL PUNTO NÚMERO 2 DE LA DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO SE MENCIONA QUE EL MANEJO DE LA BASE DE DATOS DEBE SER ORACLE. <b>PREGUNTA:</b> ¿ES POSIBLE OFERTAR UN SISTEMA QUE UTILIZA MICROSOFT SQL SERVER?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
51	<p><b>DICE:</b> EN EL PUNTO NÚMERO 4 DE LA DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LABORATORIO CLÍNICO SE MENCIONA QUE EL SISTEMA DEBE FUNCIONAR EN WINDOWS XP, WINDOWS 7, MAC OS Y LINUX. <b>PREGUNTA:</b> ES POSIBLE OFERTAR UN SISTEMA QUE FUNCIONA EN MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 O SUPERIOR Y AL QUE LOS CLIENTES SE CONECTAN A TRAVÉS DE UN NAVEGADOR QUE PUEDE ESTAR EN CUALQUIERA DE LOS SISTEMAS MENCIONADOS? WINDOWS XP Y WINDOWS 7 YA ESTÁN MARCADOS COMO DESCONTINUADOS POR MICROSOFT. ¿ES POSIBLE CONSIDERAR WINDOWS 10?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
52	<p><b>DICE:</b> MÓDULO PARA REPRESENTAR GRADILLAS DE FORMA DIGITAL PARA INTERCAMBIO DE MUESTRAS ENTRE DIFERENTES LABORATORIOS. <b>PREGUNTA:</b> ¿PODRÍAN ACLARAR SI EL "REPRESENTAR GRADILLAS EN FORMA DIGITAL" SE REFIERE A MOSTRARLAS EN FORMA GRÁFICA?</p>	<p>NO SE PUEDE DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD, YA QUE NO REFERENCIA A NINGÚN EQUIPO.</p>
53	<p><b>DICE:</b> MÓDULO PARA EL MANEJO DE GRADILLAS (SEROTECA) CON ROBOT (BRAZO ROBÓTICO) <b>PREGUNTA:</b> ¿EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIO DEBE CONTAR CON FUNCIONALIDAD PARA EL MANEJO DE SEROTECA Y PODER INTERFAZARSE CON EL BRAZO ROBÓTICO, PERO NO DEBE INCLUIR ESTE?</p>	<p>SE INCLUIRÁ EN EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO Y EN UNIDADES DE ALTA ESPECIALIDAD Y REGIONALES, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.</p>
54	<p><b>DICE:</b> MÓDULO PARA CONTROL DE CALIDAD CON REGLAS DE WESTGARD, GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS Y DISTRIBUCIÓN NORMAL CONFORMIDAD RILIBAK. <b>PREGUNTA:</b> ¿ES INDISPENSABLE QUE EL SISTEMA PUEDA UTILIZAR LOS TRES REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: REGLAS DE WESTGARD, GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS Y GUÍAS DE RILIBAK, O SON SUFICIENTES LAS DOS PRIMERAS?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SOLO PUEDE INCLUIR LAS DOS PRIMERAS. SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
55	<p><b>DICE:</b> ALERTA EPIDEMIOLÓGICA <b>PREGUNTA:</b></p>	<p>A QUE EL SISTEMA PUEDA IDENTIFICAR Y ALERTAR LOS RESULTADOS REACTIVOS Y/O POSITIVOS DE PRUEBAS QUE REQUIEREN UN SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO.</p>

*[Handwritten signature]*

165

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	¿PUEDEN EXPLICAR CON MÁS DETALLE A QUE SE REFIERE EL CONCEPTO DE "ALERTA EPIDEMIOLÓGICA" EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA?	
56	<b>DICE:</b> POSIBILIDAD DE PONER FIRMA DIGITAL DE LOS USUARIOS VALIDADORES. <b>PREGUNTA:</b> SE REFIEREN A UNA IMAGEN CON LA FIRMA DEL USUARIO QUE VALIDÓ O A ALGÚN MECANISMO CRIPTOGRÁFICO AUTENTICADO POR ALGUNA AUTORIDAD?	NO SE PUEDE DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD, YA QUE NO REFERENCIA A NINGÚN EQUIPO.
57	<b>DICE:</b> INGRESO DE PACIENTES MEDIANTE LA WEB POR MEDIO DE INTRALAB. <b>PREGUNTA:</b> ¿PUEDEN EXPLICAR CON MÁS DETALLE A QUE SE REFIERE EL CONCEPTO DE "INTRALAB"?	NO SE PUEDE DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD, YA QUE NO REFERENCIA A NINGÚN EQUIPO.
56	<b>DICE:</b> PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1: BIOMETRÍA HEMÁTICA <b>PREGUNTA:</b> PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE ACLARARNOS EL NÚMERO DE PRUEBAS MÍNIMAS DE BIOMETRÍAS HEMÁTICAS DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SOLEDAD DE DOBLADO.	130 PRUEBAS MÍNIMAS MENSUALES.
57	<b>DICE:</b> PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1: BIOMETRÍA HEMÁTICA <b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TATAHUICAPAN, QUE TIENE UNA PRODUCTIVIDAD MENSUAL DE 400 PBAS MÁXIMAS, ESTO ES, ALREDEDOR DE 20 BIOMETRÍAS HEMÁTICAS DIARIAS, ¿SE REQUIEREN 2 EQUIPOS DE BIOMETRÍA HEMÁTICA DE BAJO RENDIMIENTO?	SE REQUIERE SOLO UN EQUIPO DE BIOMETRÍA HEMÁTICA DE BAJO RENDIMIENTO.
58	<b>DICE:</b> PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1: BIOMETRÍA HEMÁTICA <b>PREGUNTA:</b> ¿PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE, CONFIRMARNOS QUE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TANTOYUCA, SE REQUIERE UN EQUIPO DE BAJO RENDIMIENTO CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
59	<b>DICE:</b> PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1: BIOMETRÍA HEMÁTICA <b>PREGUNTA:</b> ¿PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE, CONFIRMARNOS QUE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ALTOTONGA EUFROSINA CAMACHO, SE REQUIERE UN EQUIPO DE BAJO RENDIMIENTO CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
60	<b>DICE:</b> PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1: BIOMETRÍA HEMÁTICA <b>PREGUNTA:</b> PARA LAS UNIDADES DE IV DE SALUD MENTAL Y EL CENTRO DE CIRUGÍA EXTRAMUROS EXISTE DEMANDA DE PRUEBAS, SIN EMBARGO, NO CONTEMPLAN EQUIPAMIENTO, PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE LO SIGUIENTE: ¿QUÉ TIPO DE EQUIPO SE REQUIERE? Y SI ESTAS UNIDADES NO VAN A HACER EQUIPADAS, ¿PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI DEBEMOS CONSIDERAR LAS CANTIDADES INDICADAS PARA ESTAS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA?	LAS PRUEBAS DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE SALUD MENTAL SE REALIZARÁN EN EL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DR. MIGUEL DORANTES MESA Y CIRUGÍA EXTRAMUROS EN EL HOSPITAL DONDE SE REALICE CAMPAÑAS DE SALUD.
61	<b>DICE:</b> PARTIDA 1 SUBPARTIDA QUÍMICA CLÍNICA PRUEBAS ESPECIALES <b>PREGUNTA:</b> CÓMO ES DE CONOCIMIENTO PÚBLICO, CADA CASA COMERCIAL DE ACUERDO A SUS METODOLOGÍAS; ALGUNAS DE ESTAS PRUEBAS SE CORREN EN EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA Y OTRAS EN LOS EQUIPOS DE INMUNOLOGÍA, PARA CONTAR CON UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE OFERENTES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR QUE	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.

159



	NOSOTROS REDISTRIBUYAMOS ESTAS PRUEBAS DE ACUERDO A LOS EQUIPOS QUE OFERTAREMOS	
62	<p><b>DICE:</b> PARTIDA DE PBAS ESPECIALES</p> <p><b>PREGUNTA:</b> NOS PODRÍA POR FAVOR CONFIRMAR LA CONVOCANTE SI ¿LA PARTIDA DE PRUEBAS ESPECIALES SE PUEDE RESOLVER EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS INSTALADAS O BIEN A TRAVÉS DE LA MAQUILA EN LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN CADA REGIÓN?</p>	SE PODRÁN ENVIAR A LABORATORIOS EXTERNOS, SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE LA CALIDAD EN EL TRANSPORTE DE LA MUESTRA (PARA QUE NO SUFRA ALTERACIONES) MEDIANTE UN FLUJOGRAMA Y EL TIPO DE VEHÍCULO O TRANSPORTE QUE SE UTILIZARA PARA MOVER LA MUESTRA, ASÍ MISMO LA ENTREGA DE RESULTADOS DEBE REALICE EN UN PERIODO DE 1 A 3 DÍAS NATURALES. TODO CON CARTA COMPROMISO. ADEMÁS, DEBERÁ DE ANEXAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DEL LABORATORIO PROPUESTO.
63	<p><b>DICE:</b> PARTIDA DE GASOMETRÍA</p> <p><b>PREGUNTA:</b> CON MOTIVO DE LA PANDEMIA EN LA MAYORÍA DE LOS HOSPITALES SE INSTALARON EQUIPOS DE GASOMETRÍA EN APOYO PARA LOS PACIENTES COVID, NOS PODRÍA INDICAR SI LA CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS CORRESPONDEN AL TOTAL O SE TENDRÁN QUE CONTEMPLAR GASÓMETROS PARA APOYO.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN TENIENDO EN CUENTA QUE LA CANTIDAD PUEDE AUMENTAR DE ACUERDO A SITUACIONES EXTRAORDINARIAS.
64	<p><b>DICE:</b> PARTIDA UROANÁLISIS PRUEBAS DE RUTINA, SUBPARTIDA 1.94</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO QUE PARA EL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SOLEDAD ATZOMPA QUE TIENE UNA PRODUCTIVIDAD MENSUAL DE 350 PBAS Y UNA PRODUCTIVIDAD DIARIA DE 16 PRUEBAS APROX ¿SE REQUIEREN PARA CUBRIR LA DEMANDA 2 EQUIPOS DE BAJO RENDIMIENTO QUE REALIZAN LA LECTURA DE 50 PRUEBAS X HORA?</p>	SE REQUIERE SOLO UN EQUIPO DE UROÁNÁLISIS DE BAJO RENDIMIENTO.
65	<p><b>DICE:</b> PARTIDA UROANÁLISIS PRUEBAS DE RUTINA, SUBPARTIDA 1.94</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA EL CENTRO DE SALUD DE ORIZABA QUE TIENE UNA PRODUCTIVIDAD MENSUAL DE 500 PRUEBAS MÁXIMA Y UNA PRODUCTIVIDAD DIARIA DE APROXIMADAMENTE 23 PRUEBAS ¿SE REQUIEREN 3 EQUIPOS DE MEDIANO RENDIMIENTO, QUE LEEN 500 TIRAS POR HORA PARA CUBRIR ESTA PRODUCTIVIDAD? CREEMOS QUE ESTO HACE QUE SE INCREMENTEN LOS COSTOS DE UNA MANERA INNECESARIA.</p>	SE REQUIERE SOLO UN EQUIPO DE UROÁNÁLISIS DE BAJO RENDIMIENTO.
66	<p><b>DICE:</b> PARTIDA UROANÁLISIS PRUEBAS DE RUTINA, SUBPARTIDA 1.94</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA EL CENTRO DE SALUD DE SOLEDAD DOBLADO QUE TIENE UNA PRODUCTIVIDAD MENSUAL DE 500 PRUEBAS MÁXIMAS Y UNA PRODUCTIVIDAD DIARIA DE APROXIMADAMENTE 23 PRUEBAS ¿SE REQUIEREN 4 EQUIPOS DE BAJO RENDIMIENTO QUE LEEN 50 TIRAS X HORA PARA CUBRIR ESTA PRODUCTIVIDAD? CREEMOS QUE ESTO HACE QUE SE INCREMENTEN LOS COSTOS DE UNA MANERA INNECESARIA.</p>	SE REQUIERE SOLO UN EQUIPO DE UROÁNÁLISIS DE BAJO RENDIMIENTO.
67	<p><b>DICE:</b> PARTIDA GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS SUBPARTIDA 1.96 Y 1.97</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA LAS UNIDADES: HOSPITAL GENERAL DE TANTOYUCA, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEMPOAL, UNEME PLATÓN SÁNCHEZ, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE HUAYACOCOTLA, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO ,</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LAS UNIDADES MÉDICAS MENCIONAS NO SE LE INSTALARÁ EQUIPO DE GASOMETRÍA Y ELECTRÓLITOS.

*[Handwritten signature]*

10

65

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	CENTRO DE SALUD DE CORDOBA, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CORDOBA, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ALVARADO, HOSPITAL GENERAL CARDEL, HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD PLAYA VICENTE, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD JOSUÉ AZUETA Y HOSPITAL DE COMUNIDAD DE LA LAGUNA DE POBLADO ¿SE REQUIEREN EQUIPOS? PORQUE SOLICITAN UN EQUIPO PARA CADA UNIDAD DE LAS MENCIONADAS PERO NO TIENEN DEMANDA DE ESAS PRUEBAS. FAVOR DE ACLARAR.	
68	<b>DICE:</b> PARTIDA GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS SUBPARTIDA 1.96 Y 1.97 <b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL MODELO Y NÚMERO DE EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA LAS UNIDADES DE: LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA, HOSPITAL GENERAL MISANTLA, HOSPITAL GENERAL MISANTLA, HOSPITAL GENERAL MISANTLA, HOSPITAL GENERAL LA ISLA, HOSPITAL COMUNITARIO DE IXHUATLAN, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD PEDRO CORONEL PEREZ, YA QUE CUENTAN CON DEMANDA PERO NO INDICAN EL NÚMERO NI TIPO DE EQUIPOS.	SE REQUIERE UN EQUIPO DE MEDIANO RENDIMIENTO.
69	<b>DICE:</b> PARTIDA GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS SUBPARTIDA 1.96 Y 1.97 <b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA EL HOSPITAL GENERAL DE COSOLEACAQUE SE REQUIEREN DOS EQUIPOS DE MEDIANO RENDIMIENTO PARA ATENDER UNA DEMANDA DE 30 PRUEBAS	SE REQUIERE SOLO UN EQUIPO DE GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS DE MEDIANO RENDIMIENTO.
70	<b>DICE:</b> FICHA TECNICA. ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA BAJO RENDIMIENTO. 1, ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO <b>PREGUNTA:</b> EN EL MERCADO ACTUAL LOS EQUIPOS DE HEMATOLOGÍA CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES GENERALMENTE SON SEMIAUTOMATIZADOS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR UN EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO Y TOMAR EN CUENTA ESTA OBSERVACIÓN.	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.

CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA. -----

5. RESPECTO A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, **MANIFIESTAN NO TENER OBJECCIÓN ALGUNA, ACEPTANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES FIRMANDO DE CONFORMIDAD.**-----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE DOS DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <http://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones2022>.-----

5.- **EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 5**, SE REITERA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **21 DE ABRIL DEL 2022, A LAS 09:00 HORAS** EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA



CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **DIECIOCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA.-----

**POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

**LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE  
RECURSOS MATERIALES

**C. ARAM CASTILLO MACIAS**

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN  
MÉDICA

**LIC. JOSELUIS LÓPEZ**

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

**L.C. SARAHÍ MAZA RIVERA**

COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
L.C. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	

**POR LOS LICITANTES**

EMPRESA	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA	FIRMA
DICIPA, S.A. DE C.V.	MIGUEL ÁNGEL BRIONES HERNÁNDEZ C.	
LABORATORIO MÉDICO TADEO S.ADE C.V.,	JOSÉ CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ	
EQUIVER S.A DE C.V.,	VIRIDIANA ORTEGA GUERRERO.	
BIODIST S.A. DE C.V.	ISRAEL GOYTIA SIL	
GRUPO LICON, S.A.	FRANCISCO MANUEL VELASCO MARÍN	

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-006-2022, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SUMINISTRO DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-006-2022, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SUMINISTRO DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.