



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-009-2022 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA HOSPITALES PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"**

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS **TRECE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDOS**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS 6, 6.1, 6.2, 6.3 Y 6.4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS **C.C. LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES; **C.P.A. MARÍA EUGENIA GÓMEZ ROMERO**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES; **L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA; **LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **C. LUZ H. PIZAÑA HERNÁNDEZ**, COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASÍ MISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LA **LIC. MARÍA JOSE CORTÉS VIRUES** Y DEL **M.S.I. KARLO POMMIER GRANILLO**, REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; DESIGNADOS MEDIANTE OFICIO NÚMERO **OIC/SS-SESVER/FI/0960/2022** Y LAS EMPRESAS PARTICIPANTES: **HEMOQUID, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. OSCAR MORALES MARTÍNEZ** Y **PHARMACUR, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR LA **C. FRIDA IRAIS GONZÁLEZ CASTILLO**; A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-009-2022 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA HOSPITALES PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ" ----->

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRO BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ----->

- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ----->
- 2.- PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITANTES. ----->
- 3.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. ----->
- 4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. ----->
- 5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO. ----->

**HECHOS** ----->

- 1.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ----->

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '8' and a circular mark at the bottom right.



POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
C.P.A. MARÍA EUGENIA GÓMEZ ROMERO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
C. LUZ H. PIZAÑA HERNÁNDEZ	COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUES	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
M.S.I. KARLO POMMIER GRANILLO	

2. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, ASÍ COMO DE LOS REPRESENTANTES QUE ASISTIERON A ESTE ACTO. -----

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
HEMOQUID, S.A. DE C.V.	C. OSCAR MORALES MARTÍNEZ
PHARMACUR, S.A. DE C.V.	C. FRIDA IRAIS GONZÁLEZ CASTILLO

- 3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES LAS **ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES** A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES, REALIZADAS POR LA CONVOCANTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO **19.1** DE LAS BASES, QUE A LA LETRA DICE "LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, PODRÁ MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTAS BASES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DEBIENDO DAR AVISO DE LAS MODIFICACIONES A LOS PARTICIPANTES, PARA AQUELLOS QUE NO ACUDAN A LA JUNTA DE ACLARACIONES, DICHAS MODIFICACIONES PODRÁN SER CONSULTADAS EN EL SITIO MENCIONADO EL PUNTO 6.4 DE LAS PRESENTES BASES " -----

SE HACE CONSTAR QUE NO SE HACEN ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES.

4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. -----

**HEMOQUID, S.A. DE C.V.**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PUNTO 7: CONDICIONES GENERALES QUE DEBERÁ OBSERVAR EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO CON EL SERVICIO, INCISO 7.7, SERÁ RESPONSABLE DE OTORGAR EL SERVICIO CON EQUIPOS CUYA FECHA DE FABRICACIÓN NO SEA MAYOR A 2 AÑOS</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS REITERE QUE EL SERVICIO DEBERÁ OTORGARSE CON EQUIPOS DE RECIENTE FABRICACIÓN CON UNA FECHA DE FABRICACIÓN NO MAYOR A 3 AÑOS, FAVOR DE CONFIRMAR.</p>	<p>SE REITERA QUE SE SOLICITAN EQUIPOS CON FECHA DE FABRICACIÓN NO MAYOR A DOS AÑOS.</p>
<p>PUNTO 8: INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE OFERTAS, 8.2.7., PARA CADA UNO DE LOS CONSUMIBLES, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN, DEBERÁ INCLUIR COPIA SIMPLE ANVERSO Y REVERSO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE.</p> <p>¿DEBIDO A QUE EN MÉXICO NO EXISTE UNA UNIDAD CERTIFICADORA PARA ESTOS EQUIPOS SERÁ OBLIGATORIO Y NECESARIO ENTREGAR EL FDA DE LA MARCA DE LA OSMOSIS Y TRATAMIENTO DE AGUA?</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS CONSUMIBLES, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN, NO REQUIERA REGISTRO SANITARIO BASTARA CON PRESENTAR COPIA DEL DIARIO OFICIAL DONDE SE ENUMERAN LOS INSUMOS QUE NO LO REQUIEREN O CON ESCRITO EMITIDO POR LA</p>	<p>PARA EL CASO DEL EQUIPO, DEBERÁ PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR COFEPRIS VIGENTE, Y CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN.</p> <p>PARA EL CASO DE INSUMOS PARA LA SALUD QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, PODRÁ ENTREGAR DOCUMENTO EXPEDIDO POR COFEPRIS O COPIA DEL DIARIO OFICIAL, IDENTIFICANDO EL INSUMO OFERTADO.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones on the right margin.

<p>COFEPRIS, FAVOR DE CONFIRMAR</p> <p>ANEXO TÉCNICO D, INSUMOS PARA LA SESIÓN DE TERAPIA DE HEMODIÁLISIS: PUNTO 11, PRÓTESIS VASCULAR DE POLITETRAFLUOUROILENO EXPANDIDO (EPTFE) CON HEPARINA EN LA SUPERFICIE INTERNA, CON DIÁMETRO INTERNO 5, 6 Y 8 MM Y LONGITUD DE 60. TIPO GORE-PROPATEN O CALIDAD MAYOR.</p> <p>EN ESTE PUNTO ESTÁN SOLICITANDO PRÓTESIS VASCULAR DE POLITETRAFLUOUROILENO CON MODELOS Y MARCA, EXCLUSIVOS DE UN SOLO PROVEEDOR, LO QUE INHIBE LA LIBRE PARTICIPACIÓN E INCUMPLE CON LA LEY Y EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE SOLICITEN PRÓTESIS VASCULAR DE POLITETRAFLUOUROILENO EXPANDIDO (EPTFE) CON HEPARINA EN LA SUPERFICIE INTERNA, CON DIÁMETRO INTERNO 5, 6 Y 8 MM Y LONGITUD DE 60 CM</p>	<p>EN LA SOLICITUD DE MATERIAL SE ESTABLECE LA MARCA PREFERENTE, SIN EMBARGO, SE ESTABLECE QUE PUEDE SER DE MAYOR CALIDAD, POR LO QUE DEBERÁ SUSTENTARLO EN SU PROPUESTA. NO SE LIMITA A ESA MARCA.</p>
<p>ANEXO TÉCNICO D, INSUMOS PARA LA SESIÓN DE TERAPIA DE HEMODIÁLISIS: PUNTO 12. INJERTO TUBULAR HETEROLÓGOS PARA HEMODIÁLISIS STRECHT PARED DELGADA, ANILLADO DE POLIURETANO O PTFE DE 40 Y 60 CM DE LONGITUD Y DIÁMETRO DE 5,6 U 8 MM, ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO GORE-TEX O MAYOR CALIDAD</p> <p>EN ESTE PUNTO ESTÁN SOLICITANDO INJERTO TUBULAR HETEROLÓGOS PARA HEMODIÁLISIS CON MODELOS Y MARCA, EXCLUSIVOS DE UN SOLO PROVEEDOR, LO QUE INHIBE LA LIBRE PARTICIPACIÓN E INCUMPLE CON LA LEY Y EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE SOLICITEN INJERTO VASCULAR HETEROLÓGOS. DE DIFERENTES MEDIDAS ESTÉRIL Y DESECHABLE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA PACIENTE</p>	<p>EN LA SOLICITUD DE MATERIAL SE ESTABLECE LA MARCA PREFERENTE, SIN EMBARGO, SE ESTABLECE QUE PUEDE SER DE MAYOR CALIDAD, POR LO QUE DEBERÁ SUSTENTARLO EN SU PROPUESTA. NO SE LIMITA A ESA MARCA.</p>
<p>ANEXO TÉCNICO D, INSUMOS PARA LA SESIÓN DE TERAPIA DE HEMODIÁLISIS, KIT DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER Y FISTULA</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



<p>CONFIRME SI PODEMOS PRESENTAR EN SU CASO REGISTRO SANITARIO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL KIT PARA CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN BASES, FAVOR DE CONFIRMAR.</p>	
<p>8.2.8 CARTA DE RESPALDO, EN ESCRITO LIBRE DE LOS FABRICANTES Y/O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DONDE ACREDITE FEHACIENTEMENTE QUE EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR CUENTA CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y/O EXISTENCIA DE LOS EQUIPOS E INSUMOS DE HEMODIÁLISIS QUE OFERTE EL LICITANTE Y QUE SE OBLIGA SOLIDARIAMENTE CON EL LICITANTE A CUMPLIR FIEL Y OPORTUNAMENTE LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA CARTA SOLICITADA SE REFIERE A EL EQUIPO DE HEMODIÁLISIS OFERTADO Y A LOS INSUMOS DEL EQUIPO (FILTRRO, BICARBONATO, ACIDO, LÍNEAS Y FISTULA) FAVOR DE CONFIRMAR</p>	<p><b>LA CARTA DE RESPALDO SE REFIERE A LAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS Y A LOS CONSUMIBLES DIRECTO DE LAS MISMAS, YA QUE DEBEN SER COMPATIBLES.</b></p> <p><b>PARA EL RESTO DE INSUMOS MÉDICOS PODRÁ SER DE UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.</b></p>
<p>8.2.29 PRESENTAR COPIA DE DOS CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO EN UNIDADES HOSPITALARIAS, Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 18 MESES PARA DEMOSTRAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL CONTRATO SOLICITADO DEBE ESTAR 18 MESES DE CONCLUIDO O TENER UNA VIGENCIA DE 18 MESES Y ESTAR VIGENTE, FAVOR DE CONFIRMAR</p>	<p><b>DEBE SER SUSCRITO CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 18 MESES.</b></p>
<p>ANEXO D, INSUMOS, NUMERAL 2. FILTRO PARA HEMODIÁLISIS O HEMODIALIZADOR DE MEMBRANA SINTÉTICA Y/O CELULOSA Y/O MEMBRANA DE FIBRA HUECA PARA USO DE HEMODIÁLISIS, QUE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN DEL RANGO DE ELIMINACIÓN DE PESO MOLECULAR CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA MEJORA EN LOS PROCESOS DE LAS TERAPIAS DE HEMODIÁLISIS, MISMOS QUE SEAN COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DE LA</p>	<p><b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</b></p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.



<p>MAQUINA OFERTADA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE PARA ESTE NUMERAL SE REQUIERE UNA MEMBRANA DE CORTE MEDIO CON CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE MOLÉCULAS SUPERIOR A 25K DA Y MENOR A 60K DA, SIN NECESIDAD DE EQUIPOS ESPECIALES NI INFRAESTRUCTURA ESPECIAL ADICIONAL A LA YA EXISTENTE EN LA UNIDAD MÉDICA.</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO B-1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE HEMODIÁLISIS, PUNTO 29 HACEMOS LA ACLARACIÓN QUE TUV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN), ASOCIACIÓN DE VIGILANCIA TÉCNICA POR SUS SIGLAS EN ESPAÑOL, CORRESPONDE A UNA ORGANIZACIÓN Y/O CASA CERTIFICADORA IDENTIFICADA COMO TÜV RHEINLAND, POR LO QUE CONSIDERANDO QUE EN EL MERCADO A NIVEL MUNDIAL EXISTE OTRAS CASAS CERTIFICADORAS QUE EMITEN CERTIFICACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE UNA COMPAÑÍA TALES COMO: AENOR, SGS ESPAÑA. BUREAU VERITAS, TÜV REINHLAND, BSI, ETC. SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE SE NOS RATIFIQUE QUE PARA LOS FABRICANTES EXTRANJEROS DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS, LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR SERÁN CUALESQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485 (ESPECÍFICA PARA DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS) O CERTIFICADO DE CALIDAD CE O CERTIFICADO DE CALIDAD EMITIDO POR LA FDA. FAVOR RATIFICAR.</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
<p>ANEXO TÉCNICO D, INSUMOS NUMERAL 4: BICARBONATO DE SODIO EN POLVO O SOLUCIÓN, PARA USO NO PARENTERAL; PARA CONDUCTIVIDAD; PRESENTACIÓN BOLSA O PAQUETE, , DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DE LA MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS. EL BICARBONATO EN POLVO PRESENTACIÓN DE PAQUETE (CARTUCHO) ES UN MÉTODO HIGIÉNICO DE SUMINISTRO DE BICARBONATO DESDE UN CARTUCHO DE CONCENTRADO EN POLVO. ELIMINA EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN</p>	<p>EL BICARBONATO OFERTADO, DEBERÁ CORRESPONDER AL EQUIPO OFERTADO.</p>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



<p>Y DE CRECIMIENTO BACTERIANO Y ES UN CONTENEDOR MÁS LIGERO Y PEQUEÑO QUE PERMITE ELIMINAR LA DISTENSIÓN MUSCULAR ASOCIADA AL ACARREO DE PESADOS GALONES O PAQUETES. CUENTA CON UN TAPÓN DE CIERRE PARA OBTENER UN ENTORNO MÁS LIMPIO TRAS EL TRATAMIENTO Y TIENE COMO BENEFICIO ADICIONAL QUE REQUIERE MENOS ESPACIO DE ALMACENAMIENTO. EN ESE SENTIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE TODOS ESTOS BENEFICIOS Y SOLICITE PARA ESTA LICITACIÓN SE OFERTE ÚNICAMENTE BICARBONATO DE SODIO PARA USO NO PARENTERAL; PRESENTACIÓN PARA EMPLEO AUTOMATIZADO EN CARTUCHO QUE SE ADECUA A LA MÁQUINA PROPUESTA.</p>	
<p>8.2.26. ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE COMPROMETE A QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE HARÁ RESPONSABLE DE DARLE DESTINO FINAL A LOS RESIDUOS PELIGROSOS INFECCIOSOS (R.P.B.I) QUE SE GENEREN DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DANDO CON ELLO CUMPLIMIENTO A LA NORMA, NOM-087-ECOL-SSA1-2002</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL CASO DEL MANEJO DE RPBI CADA CUANDO SE TIENE QUE RETIRAR LOS DESECHOS DE LAS CLÍNICAS, FAVOR DE CONFIRMAR.</p>	<p>EL PERIODO DE RETIRO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, BAJO LOS ESQUEMAS DE ALMACENAJE QUE DISEÑE Y CON BASE A LOS ESPACIOS VERIFICADOS DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES.</p>

**PHARMACUR, S.A. DE C.V.**

**A . - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL**

<p><b>PREGUNTA 1: NUMERAL 7.23 EQUIPOS RECONSTRUIDOS</b></p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA LA PARTICIPACIÓN CON EQUIPOS ACTUALIZADOS Y FUNCIONALMENTE OPERANDO, QUE NO HAN SIDO MOTIVO DE ALERTAS MÉDICAS Y QUE SE PUEDE DAR LA GARANTÍA DE USO DEL PROPIO</p>	<p>EL APARTADO DE GENERALIDADES, ESTABLECE CLARAMENTE QUE EQUIPOS NO SE ACEPTAN. SI SU OFERTA NO CAE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SERÁ SUCEPTIBLE DE REVISIÓN TÉCNICA.</p>
--	---



<p>FABRICANTE Y ASÍ CREAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	
<p>PREGUNTA 2: NUMERAL 8.2.7 <u>PARA CADA UNO</u> DE LOS EQUIPOS,..... QUEREMOS ENTENDER QUE SE PRESENTARAN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE NUMERAL 83 VECES DE CADA EQUIPO PROPUESTO. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p><b>CADA EQUIPO (6 TIPOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO B) E INSUMO MÉDICO (ANEXO TECNICO D Y E), DEBE CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.</b></p>
<p>PREGUNTA 3: NUMERAL 8.2.7 PRIMER PÁRRAFO REGISTROS SANITARIOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS Y EN CASO DE SALIR ADJUDICADO PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LOS CONSUMIBLES, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MEDICAMENTO, Y MATERIAL DE CURACIÓN, ESTO DEBIDO AL VOLUMEN DE REGISTROS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTARÍAN Y PARA FACILITAR LA EVALUACIÓN DE LA MISMA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES.</b></p>
<p>PREGUNTA 4: NUMERAL 8.2.29 CONTRATOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE UNA LIBRE COMPETENCIA, NOS PERMITA PRESENTAR PARA ESTE PUNTO, CONTRATOS QUE TENGAN COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES ENFOCADOS EN SECTOR SALUD, ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA, LOS CONTRATOS DEBERÁN SER DE ACUERDO AL OBJETO DE LA LICITACIÓN.</b></p>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and 'NO' written vertically.



IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p><b>1.- PÁG. 2 PÁRRAFOS 2 Y 3, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.</b> DEBIDO A QUE EL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA LOS HOSPITALES PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PERO DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICAS SE CONSIDERAN SESIONES DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS COFIRME QUE ESTA DEPENDENCIA CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CUBRIR AMBOS. FAVOR DE CONFIRMAR</p>	<p>SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN BASES.</p>
<p><b>2.- PUNTO 8.2.6 PÁG. 16 ANEXOS Y FOLLETOS, CATÁLOGOS, ETC.</b> SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS REFERENCIADAS QUE CONTENGAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS, INSUMOS, CONSUMIBLES, MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN QUE SE OFERTAN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LAS HOJAS SE IDENTIFIQUE COMO PARTE DEL FOLLETO, CATALOGO, MANUAL, ETC., DEL FABRICANTE, SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
<p><b>3.- PUNTO 8.2.7 REGISTROS SANITARIOS</b> PARA LOS EQUIPOS, CONSUMIBLES, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN QUE NO REQUIERAN REGISTROS SANITARIOS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL DOF</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE ANEXE LA HOJA DONDE SE IDENTIFIQUE EL BIEN OFERTADO. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
<p><b>4.- PUNTO 8.2.18 DATOS DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y TÉCNICO</b> SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE CUMPLIMOS CON ESTE REQUISITO PRESENTANDO LOS CURRÍCULUMS VITAE DEL PERSONAL SOLICITADO EN EL ANEXO</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUBRIR ESTE PUNTO CON LO SOLICITADO EN BASES.</p>



TÉCNICO F ENCARGADO DEL SERVICIO.	
<p><b>5.- PUNTO 8.2.18 DATOS DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y TÉCNICO</b>  EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PRECISE CLARAMENTE QUÉ DOCUMENTOS EN ESPECÍFICO DEBEN PRESENTARSE PARA CUBRIR ESTE REQUISITO</p>	<p>EL DOCUMENTO DESCRITO EN EL NUMERAL 8.2.18, ANEXANDO LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL ENLISTADO EN EL MISMO.</p>
<p><b>6.- PUNTO 8.2.32 ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES Y FEDERALES</b>  SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN CASO DE NO TENER DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CUMPLIMOS ESTE REQUISITO PRESENTANDO ESCRITO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, PRESENTAREMOS LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POR CONTRIBUCIONES ESTATALES, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DONDE SE ACREDITE NO TENER OBLIGACIONES FISCALES CON EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
<p><b>8.- JUNTA DE ACLARACIONES</b>  SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEN SI SE VA A CONSIDERAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO UN TIEMPO PARA REPREGUNTAS A LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE</p>	<p>EN LA JUNTA SÓLO SE DARÁ RESPUESTA A LAS PREGUNTAS QUE SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS PARTICIPANTES, LAS CUALES SE DETALLARÁN EN EL ACTA QUE SE LEVANTE AL RESPECTO. EL CONCURSANTE DEBERÁ ABSTENERSE DE FORMULAR PREGUNTAS QUE NO SE REALICEN CON OPORTUNIDAD. EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE REALICE MODIFICACIONES A LAS BASES EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE PERMITIRÁ QUE LOS CONCURSANTES FORMULEN PREGUNTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON DICHAS MODIFICACIONES, CON LA FINALIDAD DE ESCLARECER SUS DUDAS.</p>

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a checkmark, several illegible signatures, and a large stylized signature at the bottom right.



<p>9. PUNTO 7.16 CON LA FINALIDAD DE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA GARANTIZAR LAS SESIONES QUE DEBAN OTORGARSE A LOS PACIENTES DURANTE EL PERIODO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS UNIDADES ADJUDICADAS, NO ENCARECER INNECESARIAMENTE EL SERVICIO Y GARANTIZAR IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS ENTRE EL PROVEEDOR ACTUALMENTE ADJUDICADO Y LA DEMÁS PROVEEDURÍA INTERESADA EN PARTICIPAR; SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS CONFIRME QUE, EN CASO DE SER NECESARIA LA SUBROGACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO, EL PROVEEDOR ADJUDICADO PODRÁ COBRAR LAS SESIONES OTORGADAS A LOS PACIENTES; SIEMPRE Y CUANDO RESPETE EL PRECIO POR SESIÓN OFERTADO Y ADJUDICADO EN EL PRESENTE EVENTO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO, DURANTE EL TIEMPO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SE DETERMINARÁ CON EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO. EL PAGO DE LAS SESIONES DEBE REALIZARSE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO.</p>
--	--

8). - DE CARACTER TECNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. PUNTO 7.16 BASES ..."EL PROVEEDOR SERÁ RESPONSABLE DE INCLUIR UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLE POR CADA EQUIPO..."</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE CUMPLIMOS CON ESTE REQUISITO OFERTANDO UNA FUNTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLE INTEGRADA EN EL EQUIPO DE HEMODIÁLISIS?</p>	<p>DEBERÁ INCLUIR EQUIPO DE ALIMENTACIÓN, DE ACUERDO AL TIPO DE MAQUINA OFERTADA, RECORDANDO QUE EN LAS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS, PUEDE HABER VARIANTES DE ENERGIA, Y NO DEBE HABERSE INTERRUMPIDA LA SESIÓN CON EL PACIENTE. SITUACIÓN QUE SE VERIFICÓ DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>2. PUNTO 7.21 PROPORCIONARÁ UN EQUIPO DE COMPUTO CENTRALIZADO POR UNIDAD DE HEMODIÁLISIS (COMPUTADORA CENTRALCON INTERFACE A LAS DIFERENTES</p>	<p>EL NUMERAL SEÑALADO, ESTABLECE REFERENCIA AL ANEXO TECNICO B4</p>



<p>MAQUINAS)...”</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIERE A LA COMPUTADORA E IMPRESORA SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO B4</p>	
<p><b>3.- ANEXO TÉCNICO D, NUMERALES 5 Y 6</b> CON LA FINALIDAD DE PODER HACER UN CORRECTO CÁLCULO DEL PROYECTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PUEDAN CONFIRMAR CUÁNTOS DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA CUENTAN CON CATÉTER, FISTULA Y/O INJERTO VASCULAR.</p>	<p><b>EL NUMERO DE PACIENTES Y SUS CARACTERÍSTICAS, SE OTORGARÁN POR UNIDAD MÉDICA AL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, EN CADA SESIÓN DEBE CONSIDERAR LOS INSUMOS PERTINENTES.TODA VEZ QUE EL PADRÓN DE PACIENTES VA VARIANDO POR UNIDAD.</b></p>
<p><b>4.- ANEXO D INSUMOS NUMERALES 7 Y 8</b> EQUIPO PARA HEMODIÁLISIS DEINSERCIÓN SUBCLAVIA.</p> <p>A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, SLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR POR SEPARADO LA JERINGA DE 5 ML .</p>	<p><b>TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS, DEBEN ESTAR INCLUIDOS EN EL COSTO DE SU SESIÓN.</b></p>
<p><b>5.- ANEXO E MEDICAMENTOS</b> A FIN DE REALIZAR NUESTRO COSTEO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PRECISE LA CANTIDAD MENSUAL A UTILIZAR POR CADA UNO DE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS</p>	<p><b>LA CANTIDAD DE INSUMOS VARIA, POR PACIENTE, ESTADO DE SALUD, ETC., POR LO QUE EL OFERTANTE DEBERÁ CONSIDERAR LOS INSUMOS PERTINENTES EN SESIONES, DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA QUE SE TIENE EN EL SERVICIO A PRESTAR.</b></p>
<p><b>6.- ANEXO D INSUMOS PUNTO 2</b> CIRCUITO EXTRACORPÓREO DE PVC INTERCONECTADO. CONTIENE 4 SEGMENTOS PARA BOMBA, UNA LÍNEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS, UNA LÍNEA PARA LIQUIDO DE HEMODIÁLISIS, UNA LÍNEA PARA FLUIDO DE REEMPLAZO, UNA LÍNEA DE ACCESO A PACIENTE, UNA LÍNEA PARA COLECCIÓN DEL VOLUMEN EXTRAÍDO, 4 TRANSDUCTORES DE PRESIÓN, UN FILTRO DE MEMBRANA AN69, UNA BOLSA PARA DRENAJE DEL LÍQUIDO DE CEBADO, UNA BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE VOLUMEN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR MEBRANA DE FIBRAS HUECAS DE POLIETERSULFONA CON ALTAS PRESTACIONES QUE SEA COMPATIBLE CON LA</p>	<p><b>EL FILTRO DE MEMBRANA DEBE SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO.</b></p>



MÁQUINA OFERTADA	
<p>7.- ANEXO D INSUMOS PUNTO 3 SET DESECHABLE ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, FORMADO POR UN HEMOFILTRO/DIALIZADOR DE FIBRA HUECA DE HEPARINA LIGADA Y SUS LINEAS. ESTE FILTRO ESTA CONECTADO A LA LINEA DE ENTRADA DE SANGRE (BANDA DE COLOR ROJO), A UNA LINEA DE RETORNO DE SANGRE (BANDA DE COLOR AZUL), A UNA LINEA DE ENTRADA DE DIALIZADOR (BANDA DE COLOR VERDE) Y A UNA LINEA DE SALIDA DE EFLUENTE (BANDA DE COLOR AMARILLO). TAMBIEN INCLUYE EL SET UNA LINEA DE PREBOMBA DE SANGRE (BANDA DE COLOR BLANCO) Y A UNA LINEA PARA ANTICOAGULANTE (JERINGA) EL SET CONSTA DE HEMOFILTRO FIBROSO/DIALIZADOR HUECO INJERTADO CON HEPARINA , UN CIRCUITO DE TUBERIA, UN CARTUCHO Y UNA BOLSA DE EFLUENTE DE 5 LITROS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SET ESTERILIZADO A BASE DE RAYOS GAMA FORMADO POR UN HEMOFILTRO/DIALIZADOR DE FIBRA HUECA. ESTE FILTRO ESTA CONECTADO A LA LINEA DE ENTRADA DE SANGRE (BANDA DE COLOR ROJO), A UNA LINEA DE RETORNO DE SANGRE (BANDA DE COLOR AZUL), A UNA LINEA DE ENTRADA DE DIALIZADOR (BANDA DE COLOR VERDE) Y A UNA LINEA DE SALIDA DE EFLUENTE (BANDA DE COLOR AMARILLO).QUE SEA COMPATIBLE CON LA MÁQUINA OFERTADA</p>	<p>SE REQUIERE QUE EL SET DESECHABLE SEA ESTÉRIL, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE CADA FABRICANTE Y CADA TECNOLOGÍA OFERTADA, LO CUAL DEBE ESTAR ESTABLECIDO EN EL INDICADOR DE CADUCIDAD DE ESTERILIDAD (PRUEBA BIOLÓGICA, EMPAQUETADO, SELLADO HERMÉTICO, ETC.), DEL INSUMO. Y QUE GARANTICE SU USO AL 100% PARA SEGURIDAD DEL PACIENTE.</p>
<p>8.- ANEXO D PUNTO 4 A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PERMITA OFERTAR BICARBONATO DE SODIO EN PRESENTACIÓN CARTUCHO COMPATIBLE CON LA MÁQUINA OFERTADA</p>	<p>EL BICARBONATO DE SODIO, OFERTADO, DEBE SER COMPATIBLE CON LA MAQUINA OFERTADA.</p>



CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA.-----

RESPECTO A LAS PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, MANIFIESTAN NO TENER OBJECCIÓN ALGUNA, ACEPTANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, FIRMANDO DE CONFORMIDAD.---

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES. -----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://www.ssaveer.gob.mx/adquisiciones/licitaciones2022/>. -----

FINALMENTE SE REITERA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VEINTIDOS DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDOS, A LAS NUEVE HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SITA EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.-----

SE REITERA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR, DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.-----

5.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **CATORCE HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA. -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

  
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

  
C.P.A. MARÍA EUGENIA GÓMEZ ROMERO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



**L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ**  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE  
ATENCIÓN MÉDICA

**LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN**  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

**C. LUZ H. PIZANA HERNÁNDEZ**  
COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**M.S.I. KARLO POMMIER GRANILLO**  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA  
SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO  
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

**LIC. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUES**  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA  
SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO  
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

**POR LOS LICITANTES**

EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
HEMOQUID, S.A. DE C.V.	C. OSCAR MORALES MARTÍNEZ	
PHARMACUR, S.A. DE C.V.	C. FRIDA IRAIS GONZÁLEZ CASTILLO	

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-009-2022 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA HOSPITALES PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"