



**ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-011-2022, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.**

EN LA CIUDAD DE XALAPA – ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS** DEL DÍA **DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, Y 6.4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, XALAPA, VER., LOS C.C. **LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES; **C.P.A. MARÍA EUGENIA GÓMEZ ROMERO**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, **L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ** JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA; **LIC. ELSA MARIA VILLARAUX CERVÓN**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ** Y **LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO**, COTIZADORAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LA **L.C. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS** Y **MTRO. KARLO POMMIER GRANILLO**, REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADOS MEDIANTE OFICIO No. **OIC/SS-SESVER/FI/1050/2022**, ASIMISMO LA EMPRESA PARTICIPANTE: **DICIPA S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. EXAL ELOY RUIZ JUÁREZ**, A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **LPN-103T00000-011-2022, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.**

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRÓ BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.-----
- 2.- PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITANTES.-----
- 3.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. -----
- 4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. -----
- 5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO. -----



-----**HECHOS**-----

1.- **EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO** DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN -----

**POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

| NOMBRE                               | CARGO  |
|--------------------------------------|--|
| LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA         | ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  |
| C.P.A. MARÍA EUGENIA GÓMEZ ROMERO    | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES   |
| L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ      | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA |
| LIC. ELSA MARIA VILLARAUX CERVÓN     | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA   |
| L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ | COTIZADORAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES   |
| LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO    |  |

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

| NOMBRE                        | CARGO  |
|-------------------------------|--|
| L.C. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS | REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. |
| MTRO. KARLO POMMIER GRANILLO  |  |

2.- **EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS** DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE, ASÍ COMO DEL REPRESENTANTE QUE ASISTIÓ A ESTE ACTO. -----

**POR LOS LICITANTES**

| EMPRESA             | REPRESENTANTE DE LA EMPRESA |
|---------------------|-----------------------------|
| DICIPA S.A. DE C.V. | C. EXAL ELOY RUIZ JUÁREZ    |

QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SU PARTICIPACIÓN DE ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA BASES NUMERAL 6.2-----

3.- **EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES**

**MODIFICACIÓN 1.- NUMERAL 7.3.5**

| DICE:  | DEBE DECIR:  |
|--|--|
| 7.3.5.- CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Y EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE A SUS PROPUESTAS POR ESCRITO, EN DISPOSITIVO MAGNÉTICO (USB), LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA EN EL PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007, CONFORME AL DETALLE DE LOS INSUMOS DE LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO TÉCNICO, DEBIENDO COINCIDIR EXACTAMENTE CON LA PRESENTADA EN FORMA ESCRITA, SIN CELDAS COMBINADAS, EN MAYÚSCULAS, LA FALTA DE OBSERVANCIA DE ESTA PETICIÓN, CONSTITUIRÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE. | 7.3.5.- CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Y EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE A SUS PROPUESTAS POR ESCRITO, EN DISPOSITIVO MAGNÉTICO (USB), LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA EN EL PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007, CONFORME AL DETALLE DE LOS INSUMOS DE LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO ECONÓMICO, DEBIENDO COINCIDIR EXACTAMENTE CON LA PRESENTADA EN FORMA ESCRITA, SIN CELDAS COMBINADAS, EN MAYÚSCULAS, LA FALTA DE OBSERVANCIA DE ESTA PETICIÓN, CONSTITUIRÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE. |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**MODIFICACIÓN 2.- NUMERAL 11.3**

| DICE:  | DEBE DECIR:   |
|--|---|
| <p><b>11.3.</b> "SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, UNA VEZ DESAHOGADOS Y PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RELATIVO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, SOLICITARÁ A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL PRESENTE PROCESO, PARA SU AUTORIZACIÓN.</p> | <p><b>11.3.</b> "SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, UNA VEZ DESAHOGADOS Y PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RELATIVO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, SOLICITARÁ A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, <b>PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN</b>, LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL PRESENTE PROCESO, PARA SU AUTORIZACIÓN.</p> |

**4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE ACUERDO AL OFICIO SESVER/DAM/SAH/DATH/5681/2022, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SIGNADO POR LA DRA ROMANA GUTIÉRREZ POLO, DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA.**

**1.-PROVEEDOR: DICIPA S.A. DE C.V.**

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

| NO. | PREGUNTAS   | RESPUESTAS   |
|-----|---|--|
| 1   | <p><b>ANEXO 2B Y B</b><br/>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE HABER DISCREPANCIA ENTRE LOS ANEXOS Y LO ESTABLECIDO EN BASES, PERMITA APEGARSE A BASES Y ADECUAR LOS ANEXOS CONFORME A LO SOLICITADO EN BASES YA QUE PARA EL LLENADO DEL ANEXO 2B Y EL ANEXO B EXISTE DISCREPANCIA AL FALTAR LA COLUMNA PARA EQUIPO DE LAPAROSCOPIA. ¿SE ACEPTA?</p>             | <p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ INCLUIR COLUMNAS Y NOMBRES CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO B.</p>  |
| 2   | <p><b>NUMERAL 1.8.</b><br/>ES CORRECTO ENTENDER QUE BASTARA CON ENTREGAR EL EQUIVALENTE DE ESTE DOCUMENTO DEL PAÍS ORIGEN PUDIENDO SER: ISO, CE O JIS, FDA, TÜV, SOLO DE LOS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>  | <p>PARA LOS EQUIPOS EN COMODATO DE ORIGEN NACIONAL, EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN; PARA LOS EQUIPOS DE ORIGEN EXTRANJERO, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN.<br/>TODO LO ANTERIOR, INDEPENDIENTE A LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS MÉDICOS.</p>                        |
| 3   | <p><b>NUMERAL 7.2.6.1</b><br/><b>PREGUNTA:</b> ES CORRECTO ENTENDER QUE PRESENTAREMOS, COPIA SIMPLE, LEGIBLE Y COMPLETO SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE SOLO DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS EN COMODATO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>  | <p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁN ENTREGAR COPIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES, SIN TACHADURAS Y ENMENDADURAS PARA LOS EQUIPOS EN COMODATO Y LOS INSUMOS MÉDICOS A DOTAR.</p>   |
| 4   | <p><b>NUMERAL 7.2.6.4</b><br/><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SOLAMENTE POR MOTIVOS DE REFERENCIA, CONSIDERE LA ENTREGA ÚNICAMENTE DE LAS HOJAS DE LOS MANUALES U HOJAS DE REFERENCIA EN DONDE SE ENCUENTRE LA REFERENCIA DE LAS ESPECIFICACIONES; Y EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR LOS MANUALES COMPLETOS; ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LA HOJA (S) PRESENTADAS, SE IDENTIFIQUE (N) QUE CORRESPONDE (N) AL MANUAL DEL FABRICANTE, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS.<br/><br/>ASÍ MISMO, DE RESULTAR ADJUDICADOS, DEBERÁN ENTREGAR EL MANUAL COMPLETO A LA UNIDAD HOSPITALARIA DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO EN COMODATO.</p> |
| 5   | <p><b>NUMERAL 7.2.6.1</b><br/><b>EN DONDE SE SOLICITAN EL OFICIO O ACUERDO EMITIDO POR LA COFEPRIS EN EL QUE SE ESTABLEZCA QUE LOS EQUIPOS NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.</b></p>   | <p>SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.<br/><br/>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>   |

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-011-2022, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <b>PREGUNTA:</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE REQUISITO, BASTARA CON ENTREGAR EL OFICIO O ACUERDO EMITIDO POR LA COFEPRIS Y/O EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SEÑALANDO LOS BIENES OFERTADOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. <b>¿SE ACEPTA?</b>  |   |
| 6  | <b>NUMERAL 1.8 Y 7.2.6.2 CERTIFICADOS.</b><br><b>PREGUNTA.</b> PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS DOS PUNTOS DE REFERENCIA BASTARA CON PRESENTAR UNA SOLA OCASIÓN LA COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS: ISO, CE O JIS, FDA, TÜV, O DE ACUERDO AL PAÍS DE ORIGEN, SOLO DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. <b>¿SE ACEPTA?</b>  | EL NUMERAL 1.8 CORRESPONDE A LAS GENERALIDADES DEL SERVICIO, LOS DOCUMENTOS DE SU PROPUESTA, DEBE ESTAR INTEGRADA EN EL NUMERAL 7.2.6.2.  |
| 7  | <b>NUMERAL 7.2.21</b><br><b>PREGUNTA.</b> SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE; QUE EN CASO DE QUE SE DIFIERA LA FECHA DE APERTURA DEL PRESENTE EVENTO, LA CARTA DE RESPALDO SE ACEPTA CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDA ORIGINALMENTE (22 DE ABRIL DE 2022), SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. <b>¿SE ACEPTA?</b>   | <b>NO SE VA A DIFERIR LA FECHA DE APERTURA</b>  |
| 8  | <b>NUMERAL 7.2.21</b><br>DEBIDO A LA SITUACIÓN DE CONTINGENCIA QUE SE VIVE A NIVEL MUNDIAL CON RESPECTO A LA PANDEMIA COVID 19, QUE HA OBLIGADO A LAS EMPRESAS A TENER UNA OPERACIÓN ATÍPICA Y QUE NO TODOS LOS FABRICANTES, FILIALES EN MÉXICO Y/O TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO, ESTÁN EN POSIBILIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTOS O ESCRITOS ORIGINALES; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS CARTAS DE RESPALDO IMPRESAS A COLOR DEL FORMATO ELECTRÓNICO Y MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE ENTREGARÁN LAS CARTAS DE RESPALDO EN ORIGINAL. <b>¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</b>  | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO LA CARTA ESTE IMPRESA A COLOR, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS, ACOMPAÑADA DE UNA CARTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ENTREGARÁ LOS ORIGINALES EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PARA INTEGRAR SU EXPEDIENTE. |
| 9  | <b>NUMERAL 7.2.21.</b><br>EN LA ACTUALIDAD LOS FABRICANTES CUENTAN CON REPRESENTACIÓN PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN MÉXICO BAJO LA FIGURA DE EMPRESAS FILIALES OFICIALMENTE AUTORIZADAS O TITULARES DE LOS REGISTROS SANITARIOS, LAS CUALES SON LAS ÚNICAS FIGURAS QUE CUENTAN CON LA AUTORIZACIÓN LEGAL Y REGULATORIA POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O COFEPRIS, POR LO QUE GARANTIZAN LA CALIDAD, EL ABASTO COMPLETO Y OPORTUNO, DE LAS PRUEBAS OFERTADAS; ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, O DE LA FILIAL EN MÉXICO O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. <b>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</b>   | NO SE PUEDE DAR RESPUESTA A SU PREGUNTA, YA QUE ESTE SERVICIO NO SOLICITA "PRUEBAS"   |
| 10 | <b>FICHAS TÉCNICAS</b><br><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA TODAS AQUELLAS FICHAS TÉCNICAS EN LAS QUE SE SOLICITAN MANUALES DE "OPERACIÓN" Y "SERVICIO" SE PUEDA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE ESTE MANUAL SE ENTREGARÁ DE MANERA IMPRESA Y DIGITAL EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS.<br><b>FAVOR DE PRONUNCIARSE.</b>  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |
| 11 | <b>NUMERAL 7.1.1</b><br>ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA TODOS AQUELLAS CARTAS Y ESCRITOS DEL LICITANTE PUEDEN SER PRESENTADOS EN HOJA CON IMPRESIÓN A COLOR CON MEMBRETE SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO. <b>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</b>   | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN  |
| 12 | <b>NUMERAL 7.2.3</b><br>ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO PODRÁ PRESENTARSE ACTA CONSTITUTIVA Y ÚLTIMA REFORMA, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. <b>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</b>  | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN  |
| 13 | <b>NUMERAL 7.2.25</b><br>CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE TENGA CERTEZA DE LA EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN; EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR FIEHACIENTEMENTE SU CAPACIDAD FINANCIERA Y EXPERIENCIA COMO DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS MÉDICOS AL SECTOR SALUD; EN LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, ENTREGA, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS MÉDICOS; CAPACITACIÓN EN EL USO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS; ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y SOPORTE EN LÍNEA LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS AL AÑO, APOYOS SOLIDARIOS Y DE LARGO PLAZO CON FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CALIDAD Y PRESTIGIO EN EL MERCADO; CADENA DE SUMINISTRO CON CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DEBIDAMENTE REGISTRADOS Y AVALADOS POR LA COFEPRIS, SISTEMA DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN CON | LA REFERENCIA NO CORRESPONDE AL PUNTO 7.2.25  |

*[Handwritten signatures and initials]*



|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>UNIDADES DE TRANSPORTE ADECUADAS Y SUFICIENTES PARA LA TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA SALUD EN TIEMPO Y FORMA.</p> <p>POR LO ANTES EXPUESTO:<br/>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDAN ENTREGAR CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES CELEBRADOS CON EL SECTOR PÚBLICO DE SALUD, DEBIDAMENTE FORMALIZADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES?</p>                                   |   |
| 14 | <p><b>NUMERAL 7.1.6</b><br/>LA CONVOCANTE MENCIONA LOS DOCUMENTOS QUE AL EFECTO SE PRESENTEN DEBERÁN SER ESPECÍFICAMENTE PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-011-2022<br/>ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO LOS ESCRITOS EMITIDOS POR EL LICITANTE DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS CON LA LEYENDA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-011-2022 SIN SER ESTO NECESARIO PARA LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR TERCEROS<br/>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | ES CORRECTA SU APRECIACION  |
| 15 | <p><b>NUMERAL 7.2.18</b><br/>SOLICITAN COPIA SIMPLE DE ISO 9001:2008 E ISO 13485<br/>ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO PODREMOS ENTREGAR COPIA SIMPLE DE ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016 A NOMBRE DEL LICITANTE ES ORRECTA NUESTRA APRECIACION</p>   | EL CERTIFICADO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, SE REFIERE A LOS PROCESOS CERTIFICADOS DE LA EMPRESA, EN CUESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, VIGENTE.   |
| 16 | <p><b>NUMERAL 7.1.5.</b><br/>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR LAS HOJAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA CON RÚBRICA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN LUGAR DE FIRMA AUTÓGRAFA A EXCEPCIÓN DE ESCRITOS O MANIFIESTOS EXPEDIDOS POR EL LICITANTE LOS CUALES SI CONTARAN CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL.<br/>¿SE ACEPTA?</p>   | <p><b>NO SE ACEPTA PUNTO 10: DE LA DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES</b></p> <p>10.1 SE DESCALIFICARÁ A LOS PARTICIPANTES QUE INCURRAN EN ALGUNO (S) DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- NO FIRMEN DE MANERA AUTÓGRAFA TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO LOS SOBRES QUE LAS CONTENGAN;</li> </ol> |

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

| NO. | PREGUNTAS   | RESPUESTAS   |
|-----|---|--|
| 1   | <p><b>ANEXO D TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 2.2 MÍNIMO 2 SALIDAS ANALÓGICAS EN FORMATO S-VIDEO, RGB Y MÍNIMO 2 SALIDAS DIGITALES EN ALTA DEFINICIÓN DEN FORMATO DVI CON RESOLUCIÓN 1920 X1080 P O MAYOR TECNOLOGÍA.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, DADO QUE LA TECNOLOGÍA QUE MANEJAMOS Y OFERTAREMOS ES DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y TODO EL SISTEMA QUE SE OFRECE FUNCIONA CON SEÑALES DEL TIPO DIGITAL, SE SOLICITA SE NOS PERMITA, QUE EL CONTROLADOR DE CÁMARA CUENTE ÚNICAMENTE CON SALIDA DE SEÑALES DIGITALES DADO QUE SON LAS NECESARIAS POR EL FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y LA VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES EN 4K. ¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE ES COMPATIBLE CON LOS DEMÁS EQUIPOS ASOCIADOS A LA TORRE                    |
| 2   | <p><b>ANEXO C EQUIPO DE LAPAROSCOPIA NUMERAL 1 INSUFLADOR.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSUFLADOR DE CO2 CON FUNCIÓN DE PRECALENTAMIENTO DEL GAS A TEMPERATURA CORPORAL Y EVITAR EL ENFRIAMIENTO DEL PERITONEO. ¿SE ACEPTA?</p>  | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ASI COMO TAMBIÉN DEBERÁ CUMPLIR CON LOS DEMAS PUNTOS DEL ANEXO C EQUIPO DE LAPAROSCOPIA NUMERAL 1 INSUFLADOR.  |
| 3   | <p><b>ANEXO C EQUIPO DE LAPAROSCOPIA NUMERAL 1.1, 30 A 45 LPM DE ALTO FLUJO.</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INSUFLADOR CON FLUJO DE HASTA 50 LPM, PERMITIENDO UNA RECUPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL NEUMOPERITONEO CUBRIENDO LOS DIFERENTES VOLÚMENES REQUERIDOS DE ACUERDO AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?</p>  | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE COMPROBE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, QUE EL RANGO SOLICITADO ESTÉ DENTRO DEL RAGO QUE OFERTA. |
| 4   | <p><b>ANEXO C EQUIPO DE LAPAROSCOPIA NUMERAL 1.4, CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANEL DE VOLUMEN, PRESIÓN Y CONSUMO.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE EL DESPLIEGUE Y SELECCIÓN DE PARÁMETROS SE REALICE MEDIANTE UNA PANTALLA TÁCTIL. ¿SE ACEPTA?</p>   | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |
| 5   | <p><b>ANEXO C EQUIPO DE LAPAROSCOPIA NUMERAL 1.6, NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS NIVELES DE PRESIÓN Y FLUJO PRECONFIGURADOS COMO "MODO HIGH FLOW" (FLUJO ALTO) PARA INTERVENCIONES MÁS COMPLICADAS Y "MODO PEDIATRÍA" (FLUJO BAJO) PARA CAVIDADES MÁS PEQUEÑAS. ¿SE ACEPTA?</p>   | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-011-2022, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



|    |   |  |
|----|---|--|
| 6  | ANEXO C EQUIPO DE UROLOGÍA ENDOSCÓPICA NUMERAL 2, CAMISA EXTERNA DE 26 FR. CON OBTURADOR, CON 2 LLAVES DE PASO PARA FLUJO CONTINUO. DEBEMOS ENTENDER QUE LA CAMISA EXTERNA INCLUYE LA CAMISA INTERNA, NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL FLUJO CONTINUO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?   | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERA INCLUIR LA CAMISA INTERNA.  |
| 7  | ANEXO C EQUIPO DE UROLOGÍA ENDOSCÓPICA NUMERAL 3, ELEMENTO DE TRABAJO PASIVO CON MANGO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ELECTROTOMOS PARA ELECTRODOS CON UNA VARILLA GUÍA CON CORTE MEDIANTE TENSIÓN DE RESORTE Y ANILLA MÓVIL PARA EL PULGAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?  | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL "ELEMENTO DE TRABAJO PASIVO CON MANGO" QUE SE SOLICITA EN EL ANEXO C EQUIPO DE UROLOGÍA ENDOSCÓPICA NUMERAL 3.  |
| 8  | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 2, PINZA TIPO MARYLAND O KELLY, GIRABLE, PARA TROCAR DE 5-6MM. CON LARGO DE TRABAJO DE 30CM. O MAYOR, DESMONTABLE EN 3 COMPONENTES, REUSABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LAS MANDÍBULAS SEAN LARGAS DE 22 MM PARA MEJOR DISECCIÓN. ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS DEL ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 2, PINZA TIPO MARYLAND O KELLY, GIRABLE, PARA TROCAR DE 5-6MM. CON LARGO DE TRABAJO DE 30CM. O MAYOR, DESMONTABLE EN 3 COMPONENTES, REUSABLE.                   |
| 9  | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 3, DOS PINZAS DE AGARRE Y DISECCIÓN TIPO GRASPER, ROTABLE, DE 5-6MM. DE DIÁMETRO CON LARGO DE TRABAJO DE 30CM. O MAYOR, DESMONTABLE EN 3 COMPONENTES, REUSABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LAS MANDÍBULAS SEAN DE ABERTURA BILATERAL, ATRAUMÁTICAS Y FENESTRADAS PARA MAYOR CUIDADO DE TEJIDOS Y ORGANOS. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS DEL ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 3, DOS PINZAS DE AGARRE Y DISECCIÓN TIPO GRASPER, ROTABLE, DE 5-6MM. DE DIÁMETRO CON LARGO DE TRABAJO DE 30CM. O MAYOR, DESMONTABLE EN 3 COMPONENTES, REUSABLE. |
| 10 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 6, PINZA DE DISECCIÓN, UNA PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER ROTABLE, CON PUNTA ANGULADA, PARA TROCAR DE 5-6MM. LARGO DE TRABAJO DE 30CM. O MAYOR, DESMONTABLE EN 3 COMPONENTES, REUSABLE. ¿SE DEBE ENTENDER QUE "CON PUNTA ANGULADA" SE REFIERE A MANDÍBULAS ACODADAS EN ÁNGULO RECTO? FAVOR DE ACLARAR                      | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN A LO QUE SE REFIERE CON LA POSICIÓN DE LAS MANDÍBULAS, TIENE QUE SER UN ÁNGULO RECTO O CERCANO AL ÁNGULO RECTO.   |
| 11 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 7, PINZAS TIPO BABCOCK ROTABLE, PARA TROCAR DE 10-12MM. LARGO DE TRABAJO DE 30CM. O MAYOR, DESMONTABLE EN 3 COMPONENTES, REUSABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LAS MANDÍBULAS SEAN DE ABERTURA BILATERAL PARA MAYOR AGARRE DE TEJIDOS Y ÓRGANOS. ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS DEL ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 7, PINZAS TIPO BABCOCK ROTABLE, PARA TROCAR DE 10-12MM. LARGO DE TRABAJO DE 30CM. O MAYOR, DESMONTABLE EN 3 COMPONENTES, REUSABLE.                              |
| 12 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 8, PINZAS TIPO BABCOCK ROTABLE, PARA TROCAR DE 5-6MM. LARGO DE TRABAJO DE 30CM. O MAYOR, DESMONTABLE EN 3 COMPONENTES, REUSABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LAS MANDÍBULAS SEAN DE ABERTURA BILATERAL, ATRAUMÁTICAS Y FENESTRADAS PARA MAYOR CUIDADO DE TEJIDOS Y ORGANOS. ¿SE ACEPTA?                                | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS DEL ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 8, PINZAS TIPO BABCOCK ROTABLE, PARA TROCAR DE 5-6MM. LARGO DE TRABAJO DE 30CM. O MAYOR, DESMONTABLE EN 3 COMPONENTES, REUSABLE.                                |
| 13 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 9, PINZAS DE AGARRE ROTABLE SIN CREMALLERA, PARA TROCAR DE 5-6MM. LARGO DE TRABAJO DE 30CM. O MAYOR, DESMONTABLE EN 3 COMPONENTES, REUSABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LAS MANDÍBULAS SEAN DE ABERTURA BILATERAL Y FENESTRADAS PARA MAYOR CUIDADO DE TEJIDOS Y ORGANOS. ¿SE ACEPTA?                                  | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS DEL ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 9, PINZAS DE AGARRE ROTABLE SIN CREMALLERA, PARA TROCAR DE 5-6MM. LARGO DE TRABAJO DE 30CM. O MAYOR, DESMONTABLE EN 3 COMPONENTES, REUSABLE.                    |
| 14 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 10, PORTA AGUJAS CON MANGO RECTO CON BLOQUEO, MANDÍBULAS A LA IZQUIERDA DE 5-6MM. DE DIÁMETRO Y DE 30CM. DE LONGITUD O MAYOR, REUSABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CUENTE CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA MEJOR FIJACIÓN DE LA AGUJA. ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS DEL ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 10, PORTA AGUJAS CON MANGO RECTO CON BLOQUEO, MANDÍBULAS A LA IZQUIERDA DE 5-6MM. DE DIÁMETRO Y DE 30CM. DE LONGITUD O MAYOR, REUSABLE.                       |
| 15 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 12, CÁNULA DE ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN DE SOLUCIONES CON LONGITUD DE 30CM. O MAYOR, PARA TROCAR DE 5-6MM REUSABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE TENGA ORIFICIOS LATERALES PARA MEJORAR LA IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 12, CÁNULA DE ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN DE SOLUCIONES CON LONGITUD DE 30CM. O MAYOR, PARA TROCAR DE 5-6MM REUSABLE  |
| 16 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 13, CÁNULA DE ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN DE SOLUCIONES CON LONGITUD DE 30CM. O MAYOR, PARA TROCAR DE 10-12MM REUSABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE TENGA ORIFICIOS LATERALES PARA MEJORAR LA IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 13, CÁNULA DE ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN DE SOLUCIONES CON LONGITUD DE 30CM. O MAYOR, PARA TROCAR DE 10-12MM REUSABLE.   |
| 17 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 17, COAGULADOR DE ESPÁTULA, PARA TROCAR DE 5-6MM., LARGO DE TRABAJO DE 30CM. O MAYOR.  | SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA MEJORA TÉCNOLÓGICA.  |



|    |   |  |
|----|---|--|
|    | REUSABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SEA ROMO PARA MAYOR CUIDADO DE TEJIDOS Y MENOS ATRAUMÁTICO. ¿SE ACEPTA?   |  |
| 18 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 18, RETRACTOR DE HÍGADO DE 5-10MM. DE 3 O 9 DEDOS QUE SE ABREN EN ABANICO. 30CM. O MAYOR LONGITUD, REUSABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SEA DESMONTABLE Y DE ABERTURA AXIAL DE LA VAINA PARA MAYOR ÁREA DE RETRACCIÓN Y FACILITAR EL REPROCESAMIENTO DEL INSTRUMENTO. ¿SE ACEPTA?   | NO SE ACEPTA, APEGARSE AL ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 18, RETRACTOR DE HÍGADO DE 5-10MM. DE 3 O 9 DEDOS QUE SE ABREN EN ABANICO. 30CM. O MAYOR LONGITUD, REUSABLE.  |
| 19 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 20, CLIPADORA DE 10-12MM PARA CLIPS DE TITANIO, COMPATIBLE CON CLIPS, REUSABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CONTEMPLA MECANISMO DE BLOQUEO DEL MANGO PARA FIJAR LA MANDÍBULA Y EVITAR SE ACTIVE ACCIDENTALMENTE APORTANDO MAYOR SEGURIDAD AL USUARIO Y AL PACIENTE. ASI MISMO, QUE SEA DESMONTABLE PARA UNA LIMPIEZA ADECUADA. ¿SE ACEPTA?                           | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 20, CLIPADORA DE 10-12MM PARA CLIPS DE TITANIO, COMPATIBLE CON CLIPS, REUSABLE.   |
| 20 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 21, CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (NOM-68-SSA1-1993) OBLIGATORIO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CUBRIR ESTE REQUISITO CON EL ISO 13485 YA QUE LA NOM-68-SSA1-1993 FUE CANCELADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 11 DE AGOSTO DE 2011 ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, CONSIDERANDO QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA NORMA NUMERO: PROY-NOM-068-SSA1-2002  |
| 21 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 22, CERTIFICADO DE CADUCIDAD DEL ACERO INOXIDABLE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR "CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS EN LOS PUNTOS 22 Y 23 DE LA CÉDULA DE INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPIA. ¿SE ACEPTA?   | NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA   |
| 22 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 23, ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 Ó ASTM-E353-84. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ISO 13485 SIENDO ESTE EQUIVALENTE A LOS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES  |
| 23 | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA NUMERAL 25, PARA FABRICANTE NACIONAL, CERTIFICADO ACTUALIZADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS CERTIFICADOS DE LOS PUNTOS 25, 26 Y 27 APLICAN SOLO PARA FABRICANTES DE ORIGEN NACIONAL. FAVOR DE ACLARAR  | SE ACLARA QUE EL PUNTO 25, 26 Y 27 DEL ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA SON TANTO PARA FABRICANTE NACIONAL (CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN), COMO EXTRANJERO (CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN).   |
| 24 | ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 1.4, MÍNIMO DOS BOTONES PROGRAMABLES PARA LAS SIGUIENTES FUNCIONES. COMO MEJORA TECNOLÓGICA, SOLICITAMOS NOS PERMITA AMPLIAR LAS FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CABEZAL PARA CONTROL DE EQUIPOS PERIFÉRICOS TALES COMO FUENTE DE LUZ E INSUFLADOR PARA MAYOR COMODIDAD EN LA PRÁCTICA QUIRÚRGICA. ¿SE ACEPTA?                     | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.   |
| 25 | ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 1.6, RESOLUCIÓN MINIMA PARA HD TV DE 1920 X 1080 CON ASPECTO 16:9 CON ESCANEADO PROGRESIVO O MAYOR TECNOLOGIA. AL REFERIRSE AL ASPECTO 16:9 ENTENDEMOS QUE SE REFIERE AL FORMATO DE IMAGEN 16:9 MOSTRADA EN EL MONITOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?   | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN   |
| 26 | ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 1.6, RESOLUCIÓN MINIMA PARA HD TV DE 1920 X 1080 CON ASPECTO 16:9 CON ESCANEADO PROGRESIVO O MAYOR TECNOLOGIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 1.6 'ASPECTO 16:9' EN EL CATÁLOGO DEL MONITOR OFERTADO. ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTE.  |
| 27 | ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 2.1, CONTROL DE FUNCIONES DIGITALES DE LA CÁMARA DESDE EL PANEL FRONTAL O POR TECLADO. SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR LA FUNCIÓN ADICIONAL DE INTRODUCCIÓN DE DATOS DE PACIENTE PARA CAPTURA INTEGRADA DE IMÁGENES Y VIDEO. ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 2.1, CONTROL DE FUNCIONES DIGITALES DE LA CÁMARA DESDE EL PANEL FRONTAL O POR TECLADO   |
| 28 | ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 2.2, MÍNIMO 2 SALIDAS ANALOGICAS EN FORMATO S-VIDEO, RGB Y MÍNIMO 2 SALIDAS DIGITALES EN ALTA DEFINICIÓN EN FORMATO DVI CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080P O MAYOR TECNOLOGÍA. DEBIDO A LA OBSOLESCENCIA DE LAS SALIDAS ANALÓGICAS, SOLICITAMOS QUE NOS PERMITA OFERTAR TRES SALIDAS DIGITALES CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LOS DEMÁS EQUIPOS DE LA TORRE.   |
| 29 | ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 3.1 LAMPARA DE XENÓN DE 300 WATTS CON TEMPERATURA DE COLOR DE MÍNIMO 5600 °K, O DE TECNOLOGÍA DE LED DISEÑADA PARA LAPAROSCOPIA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, DEBEMOS ENTENDER QUE SE OFERTARA UNA FUENTE DE LUZ TIPO LED CON APLICACIONES PARA LAPAROSCOPIA. FAVOR DE CONFIRMAR                         | SE ACLARA QUE EL PUNTO 3.1 DEL ANEXO C ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, SOLICITA UNA FUENTE DE LUZ DE XENÓN DE 300 WATTS CON TEMPERATURA DE COLOR DE MÍNIMO 5600 °K, O DE TECNOLOGÍA DE LED, SIEMPRE Y CUANDO SEA DISEÑADA PARA LAPAROSCOPIA, ARTROSCOPIA Y UROLOGÍA. |
| 30 | ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 3.3, CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ DE FORMA MANUAL.  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.   |



|    |   |  |
|----|---|--|
|    | SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE CONTROL DE INTENSIDAD AUTOMÁTICA O MANUAL DESDE LOS BOTONES DEL CABEZAL Y DESDE LA PANTALLA TÁCTIL DE LA UNIDAD. ¿SE ACEPTA?  |  |
| 31 | <b>ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 3.4 INDICADOR DE VIDA DE LAMPARA PARA XENON O LED.</b> DADO QUE LA VIDA DE LA LAMPARA LED DE NUESTROS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE PUNTA ES POR ARRIBA DE LAS 30,000 HRS DE USO, NO REQUIEREN UN CONTADOR DE HORAS LED. SOLICITAMOS NOS PERMITAN PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA POR PARTE DEL FABRICANTE ARGUMENTANDO ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.   |
| 32 | <b>ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 3.6, CON UNA LÁMPARA DE REFACCIÓN PARA XENÓN O LED.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR EL PUNTO 3.6 LÁMPARA DE REFACCIÓN YA QUE LA TECNOLOGÍA LED TIENE UN PROMEDIO DE 30,000 HORAS DE VIDA ÚTIL QUE REPRESENTA LO EQUIVALENTE A 60 LÁMPARAS DE XENON DE 500 HORAS. ¿SE ACEPTA?  | NO SE ACEPTA APEGARSE AL ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 3.6, CON UNA LÁMPARA DE REFACCIÓN PARA XENÓN O LED. |
| 33 | <b>ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 4.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO DIGITALES: DVI, RGB. ENTRADAS ANALÓGICAS: COMPUESTO Y S-VIDEO.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONTAR SOLO CON ENTRADAS DIGITALES PARA LOS MONITORES OFERTADOS, DADO QUE NUESTRO MONITOR ES DE 32" Y DE ULTRA ALTA DEFINICIÓN 4K Y PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ES REQUERIDO SOLO SEÑALES DE TIPO DIGITAL. ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LOS DEMÁS EQUIPOS DE LA TORRE.   |
| 34 | <b>ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 4.4, RESOLUCIÓN MÍNIMA 1920 X 1200, CON ASPECTO 16:9 O MÁS ASPECTOS.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR LA RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080, YA QUE ESTA ES LA RESOLUCIÓN COMÚN DE MONITORES GRADO MÉDICO Y NO MODIFICA LA VISUALIZACIÓN DEL ÁREA QUIRÚRGICA PARA EL USUARIO. ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LOS DEMÁS EQUIPOS DE LA TORRE.   |
| 35 | <b>ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 5.1, SISTEMA DE CAPTURA DIGITAL DE IMÁGENES EN CD, Y USB.</b> DEBIDO A LA OBSOLESCENCIA DE CD Y DVD, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEO EN USB, MEMORIA INTERNA DE 2TB Y UNIDAD DE RED. ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LA DOTACIÓN DE INSUMOS SEÑALADOS EN EL ANEXO D, SE OFERTE USB. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.                           |
| 36 | <b>ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 5.2, CAPTURA DE IMÁGENES Y VIDEO DESDE MÍNIMO 2 ENTRADAS DE VIDEO, CON UNA ENTRADA CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 720 LÍNEAS O 1024 X 768 PÍXELES O MAYOR TECNOLOGÍA.</b> LA CAPTURA DE VIDEO E IMÁGENES EN NUESTROS EQUIPOS SE LLEVAN A CABO DIRECTAMENTE EN EL CONTROLADOR DE CÁMARA Y CABEZAL DE CÁMARA, POR LO QUE SE SOLICITA OMITIR LAS ENTRADAS DE VIDEO REQUERIDAS DADO QUE CUMPLIMOS CON ESTE PUNTO SIN REQUERIR DICHAS ENTRADAS DE VIDEO GENERACIÓN DE IMÁGENES EN TIPO JPEG (1920 X 1080 O 4K 3840 X 2160) Y VIDEO EN MP4 (1920 X 1080), SIENDO ESTO UNA TECNOLOGÍA MAYOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL RESTO DE LOS EQUIPOS DE LA TORRE.                                  |
| 37 | <b>ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 5.8, PERMITA GRABACIÓN EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES FORMATOS; PARA IMÁGENES FIJAS JPEG, BMP, TIFF, PNG, DICOM. PARA VIDEO: MPEG1, MPG2, MPG4, AVI, MPEG 2 HD O MAYOR TECNOLOGÍA.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FORMATOS DE IMAGEN BMP, JPG Y PNG Y FORMATOS DE VIDEO MPEG-4, MPEG-2 Y MOV (TECNOLOGÍA 4K), ASÍ COMO ALMACENAMIENTO DICOM, SIENDO ESTO UNA TECNOLOGÍA MAYOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.   |
| 38 | <b>ANEXO C TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN, NUMERAL 15 CERTIFICADO ISO 9001-2000, ISO 13485-2003, CUMPLA CON LA NORMA 80601-1.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO ISO 13485:2016, EL CUAL TIENE EL ALCANCE: EL DISEÑO, DESARROLLO, FABRICACIÓN, ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO, SERVICIO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLANTES METÁLICOS Y BIOABSORBIBLES ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES E INSTRUMENTACIÓN ASISTIDA. KITS DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, SUTURAS, DISPOSITIVOS DE REEMPLAZO DE ARTICULACIONES TOTALES Y SEMI E INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA, INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ARTROSCÓPICOS Y MÍNIMAMENTE INVASIVOS, ARTROSCOPIOS, ABLACIÓN ELECTROMECAÁNICA/ELECTROSCÓPICA, CORTE, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE FLUIDOS, SEPARADORES DE GLÓBULOS ROJOS, CENTRIFUGADORAS Y EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DESECHABLES ESTÉRILES. FAVOR DE CONFIRMAR | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN   |
| 39 | <b>ANEXO C EQUIPO DE ARTROSCOPIA / EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN NUMERAL 1.2.2, CON INTERVALO DE VELOCIDAD ENTRE 500 Y 12000 RPM MÍNIMO PARA AVANCE Y RETROCESO.</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN INTERVALO DE VELOCIDAD DE 500RPM Y 8,000RPM PARA AVANCE Y  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.   |

*[Handwritten signatures and initials]*





|    |  |   |
|----|--|---|
|    | RETROCESO QUE SON LAS VELOCIDADES RECOMENDADAS EN LA INDUSTRIA PARA EL USO DE LOS CONSUMIBLES DE LA MARCA MANTENIENDO LA MEJOR RESECCIÓN Y PLASTIA POSIBLE CON LOS CONSUMIBLES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?   |   |
| 40 | <b>ANEXO C EQUIPO DE ARTROSCOPIA / EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN NUMERAL 1.2.3 CON INTERVALO DE VELOCIDAD ENTRE 500 Y 2500 RMP MÍNIMO EN OSCILACIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INTERVALO DE VELOCIDAD DE MÁXIMO 3,000 RPM PARA CUCHILLAS COMPATIBLES CON EL EQUIPO EN MODO OSCILATORIO, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y SIENDO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?</b>  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE LA VELOCIDAD MÍNIMA. |
| 41 | <b>ANEXO C EQUIPO DE ARTROSCOPIA / EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN NUMERAL 2.1, CON INTERVALO DE CONTROL DE PRESIÓN ENTRE 30 Y 150 MMHG MÍNIMO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR UN INTERVALO DE PRESIÓN ENTRE 10 Y 120MMGH PARA CUIDAR LA PRESIÓN ARTICULAR DEL PACIENTE BUSCANDO EVITAR LA INFILTRACIÓN DEL FLUIDO EXTRAARTICULAR? FAVOR DE CONFIRMAR</b>  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |
| 42 | <b>ANEXO C EQUIPO DE ARTROSCOPIA / EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN NUMERAL 2.2, FLUJO ENTRE 0.25 Y 1.85 LPM. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE QUE PERMITA OFERTAR UN RANGO DE HASTA 1,500 ML/MINUTO LO CUAL NO AFECTA DE NINGUNA MANERA AL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?</b>   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |
| 43 | <b>ANEXO C EQUIPO DE ARTROSCOPIA / EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN NUMERAL 3.1.2, PARA EQUIPOS MONOPOLARES: PLACA O ELECTRODO DE RETORNO O NEUTRO DE DIFERENTES TAMAÑOS DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES MÉDICAS EN CASO DE SER DESECHABLES SUMINISTRAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, EN CASO DE NO OFERTAR EQUIPOS MONOPOLARES, DEBEMOS ENTENDER QUE EN ESTE RENGLÓN SE PODRÁ COLOCAR LA LEYENDA "NO APLICA" EN ESTE NUMERAL, TODA VEZ QUE ETA TECNOLOGÍA MONOPOLAR ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO. FAVOR DE CONFIRMAR.</b> | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN  |
| 44 | <b>ANEXO C EQUIPO DE ARTROSCOPIA / EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN NUMERAL 3.3, ELECTRODOS MÍNIMOS INCLUIDOS SELECCIONABLES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ¿DEBEMOS ENTENDER QUE CON LA DESCRIPCIÓN DE "ELECTRODOS", HACEMOS REFERENCIA A LOS CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA? FAVOR DE CONFIRMAR</b>  | DEBE HACER REFERENCIA A LOS CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA PARA ARTROSCOPIA.                     |
| 45 | <b>ANEXO C EQUIPO DE ARTROSCOPIA / EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN NUMERAL 3.3.3, DE CARGA LATERAL DE 3.2 A 3.5 MM DE DIÁMETRO MÁXIMO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI, DEBEMOS ENTENDER ¿CON LA DESCRIPCIÓN "CARGA LATERAL", HACEMOS REFERENCIA A PUNTA ANGULADA DE 90°? FAVOR DE CONFIRMAR</b>   | SE REFIERE AL ELECTRODO DE CARGA LATERAL.   |
| 46 | <b>ANEXO C EQUIPO DE ARTROSCOPIA / EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN NUMERAL 4.5, CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 300 CM CON ADAPTADOR PARA ENDOSCOPIO Y FUENTE DE LUZ DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO OFERTADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA OFERTAR UN CABLE DE 2.7 M DE LONGITUD, LA CUAL GARANTIZA LA BUENA TRANSMISIÓN DE LA LUZ POR MEDIO DE FIBRAS DE SÍLICE. ¿SE ACEPTA?</b>  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |
| 47 | <b>ANEXO C TORRE DE ENDOSCOPIA AVANZADA, NUMERAL 1.4. OPCIÓN DE SALIDA DE VIDEO DVI, RGB, SDI, IEEE 1394, COMPUESTA, Y/C, S-VIDEO QUE ASEGURE LA CAPACIDAD DE HDTV. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS SALIDAS ADICIONALES DE VIDEO DVI-D Y PUERTO USB PARA TRANSMISIÓN DE DATOS, EN LUGAR DE LA SALIDA IEEE 1394, YA QUE DE ESTE TIPO DE SALIDA SE HA DISMINUIDO SU USO Y COMPATIBILIDAD CON MONITORES GRADO MÉDICO. ¿SE ACEPTA?</b>   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES   |
| 48 | <b>ANEXO C TORRE DE ENDOSCOPIA AVANZADA, NUMERAL 1.4. OPCIÓN DE SALIDA DE VIDEO DVI, RGB, SDI, IEEE 1394, COMPUESTA, Y/C, S-VIDEO QUE ASEGURE LA CAPACIDAD DE HDTV. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR MODO FULL HD CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES EN CUMPLIMIENTO CON ALTA DEFINICIÓN (HDTV.) ¿SE ACEPTA?</b>   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |
| 49 | <b>ANEXO C TORRE DE ENDOSCOPIA AVANZADA, NUMERAL 2.2 LAMPARA DE EMERGENCIA. DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA DE LA DE FUENTE DE LUZ OFERTADA CUENTA CON 4 LEDS INDEPENDIENTES, NO ES NECESARIA LA LÁMPARA DE EMERGENCIA, YA QUE AL FALLAR UN LED SE TIENEN LOS OTROS 3 EN FUNCIONAMIENTO Y RESPALDO. ¿SE ACEPTA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA?</b>   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |
| 50 | <b>ANEXO C TORRE DE ENDOSCOPIA AVANZADA, NUMERAL 4.2 CON ALTA DEFINICIÓN (HD/TV); SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR MODO FULL HD</b>   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |

*[Handwritten signatures and initials]*



|    |  |   |
|----|--|---|
|    | CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES EN CUMPLIMIENTO CON ALTA DEFINICIÓN (HDTV), ¿SE ACEPTA?  |   |
| 51 | ANEXO C TORRE DE ENDOSCOPIA AVANZADA, NUMERAL 5.6 CON REGULADOR O TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO INCORPORADO DE AL MENOS 6 SALIDAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTADA; ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UPS CON AL MENOS 6 SALIDAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTADA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?  | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO EL UPS GARANTICE EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.  |
| 52 | ANEXO C TORRE DE ENDOSCOPIA AVANZADA, PUNTO NO 6.1.7 CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN DE 95 MM O MAYOR (MENOR O IGUAL DE 5MM HASTA 200MM); SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PROFUNDIDAD DE OBSERVACIÓN DE 2 A 100, TODA VEZ QUE ES UN RANGO ESTÁNDAR DENTRO DE LOS VIDEOGASTROSCOPIOS, ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |
| 53 | ANEXO C TORRE DE ENDOSCOPIA AVANZADA, NUMERAL 6.1.9 CON CHIP CCD A COLOR O RESOLUCIÓN 410,000 PÍXELES O MAYOR; ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR EN CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SENSOR DE IMAGEN CMOS EN LUGAR DE CCD, YA QUE ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA GENERA UNA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN DISMINUYENDO EL RUIDO, ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |
| 54 | ANEXO C TORRE DE ENDOSCOPIA AVANZADA, NUMERAL 6.2.1 TRANSMITE IMÁGENES ANATÓMICAS AL USUARIO POR MEDIO DE UN MONITOR UTILIZANDO UN SISTEMA DE VIDEO CCD; ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR EN CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SENSOR DE IMAGEN CMOS EN LUGAR DE CCD, YA QUE ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA GENERA UNA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN DISMINUYENDO EL RUIDO, ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |
| 55 | ANEXO C TORRE DE ENDOSCOPIA AVANZADA, NUMERAL 6.2.9 CON CHIP CCD A COLOR O RESOLUCIÓN DE 410,000 PÍXELES O MAYOR; ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR EN CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SENSOR DE IMAGEN CMOS EN LUGAR DE CCD, YA QUE ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA GENERA UNA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN DISMINUYENDO EL RUIDO, ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |
| 56 | ANEXO D INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MÍNIMA INVASIÓN Y ENDOSCOPIA FLEXIBLE INSUMOS DESECHABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA NUMERAL 1, ENGRAPADORA CIRCULAR PARA ANASTOMOSIS DE 29MM DE LECTROC CON 24 GRAPAS YUNQUE LECTROCI ABATIBLE, Y SISTEMA DE CIERRE DE GRAPA AJUSTABLE AL GROSOR DEL TEJIDO. DESECHABLE PIEZA Ó ENGRAPADORA CIRCULAR PARA ANASTOMOSIS DE 32MM DE LECTROC CON 30 GRAPAS YUNQUE LECTROCI ABATIBLE, Y SISTEMA DE CIERRE DE GRAPA AJUSTABLE AL GROSOR DEL TEJIDO. DESECHABLE PIEZA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR ENGRAPADORA CIRCULAR PARA ANASTOMOSIS DE 28 MM DE DIÁMETRO CON 2 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS DISPUESTAS CIRCULARMENTE CON SISTEMA DE GRAPEO DIRECCIONADO, CON 26 GRAPAS QUE INCLUYE SEGURO DE DISPARO Y YUNQUE ABATIBLE. ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA, APÉGARSE A LO SOLICITADO EN ANEXO D INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MÍNIMA INVASIÓN Y ENDOSCOPIA FLEXIBLE INSUMOS DESECHABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA NUMERAL 1  |
| 57 | ANEXO D INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MÍNIMA INVASIÓN Y ENDOSCOPIA FLEXIBLE INSUMOS DESECHABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA NUMERAL 1, PINZA BIPOLAR DE SELLADO DE VASOS DE PUNTA RECTA CON FUNCIONES DE AGARRE, DISECCIÓN, CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE HASTA 7MM, DE 5MM DE DIÁMETRO Y 330MM DE LARGO, CON CABLE BIPOLAR INTEGRADO CON CONEXIÓN TIPO BANANA COMPATIBLE CON UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA PROPIA DEL HOSPITAL POR LO QUE NO NECESITA UNA CONSOLA ESPECIAL PARA SU USO. ES CORRECTA LA MEDIDA DE LONGITUD SOLICITADA DE 330MM LA MEDIDA DE LA PINZA A OFERTAR ES DE 37 MM Y ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA DE ENERGÍA FORCE TRIAD, FAVOR DE CLARIFICAR ¿FAVOR DE CLARIFICAR?   | SE ACLARA QUE SE SOLICITA: PINZA BIPOLAR DE SELLADO DE VASOS DE PUNTA RECTA CON FUNCIONES DE AGARRE, DISECCIÓN, CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE HASTA 7MM, DE 5MM DE DIÁMETRO Y 330MM DE LARGO, CON CABLE BIPOLAR INTEGRADO CON CONEXIÓN TIPO BANANA COMPATIBLE CON UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA PROPIA DEL HOSPITAL POR LO QUE NO NECESITA UNA CONSOLA ESPECIAL PARA SU USO |
| 58 | ANEXO D INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MÍNIMA INVASIÓN Y ENDOSCOPIA FLEXIBLE INSUMOS DESECHABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA NUMERAL 1, BISTURÍ ARMÓNICO. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASONICA CON PUNTA CURVA INALÁMBRICO, ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |
| 59 | ANEXO B<br>DISTRIBUCIÓN EQUIPOS<br>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA CLARIFICAR QUE EL REQUERIMIENTO PARA EL HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA, EL EQUIPO DE ENDOSCOPIA AVANZADA E INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA SE REFIERE REALMENTE A LA TORRE DE VISUALIZAR PARA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN DE ALTA DEFINICIÓN CON SU RESPECTIVO INSTRUMENTAL ESTO PARA ENTENDER CORRECTAMENTE LA DEMANDA Y NECESIDADES DEL SERVICIO.<br>¿ES CORRECTO?  | EL REQUERIMIENTO PARA EL HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA, ES LA TORRE DE VISUALIZACIÓN DE MINIMA INVASIÓN, INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA Y EQUIPO DE UROLOGIA.  |



**2.-PROVEEDOR: HEMOST S.A. DE C.V.**

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

| NO. | PREGUNTAS  | RESPUESTAS   |
|-----|--|--|
| 1   | 12 VISITA INSTALACIONES  | NO SE PUEDE DAR RESPUESTA, YA QUE NO EXISTE PLANTEAMIENTO DE PREGUNTA.   |
| 2   | NUMERAL 7.2.6.4, PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR, COPIA DE CATÁLOGOS, MANUALES O FICHAS TÉCNICAS, SOLO LAS PAGINAS REFERENCIADAS QUE SEÑALEN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.<br><br>¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LA HOJA (S) PRESENTADAS, SE IDENTIFIQUE QUE CORRESPONDE AL MANUAL DEL FABRICANTE, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS.<br><br>ASÍ MISMO, DE RESULTAR ADJUDICADOS, DEBERÁN ENTREGAR EL MANUAL COMPLETO A LA UNIDAD HOSPITALARIA DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO EN COMODATO.<br><br>SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

| NO. | PREGUNTAS   | RESPUESTAS  |
|-----|---|---|
| 1   | ANEXO B, DISTRIBUCION DE EQUIPOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS ACLARE EL ANEXO B, YA QUE EL TOTAL DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MENCIONA UNA CANTIDAD TOTAL Y POR UNIDAD HOSPITALARIA TIENE OTRA.<br><br>FAVOR DE ACLARAR  | DEBERÁ TOMAR LA CANTIDAD POR UNIDAD HOSPITALARIA.   |
| 2   | ANEXO C INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, ENTENDEMOS QUE PARA EL INSTRUMENTAL EN DONDE NO INDICA CANTIDAD SE OFERTARA SOLO UNA PIEZA<br>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?   | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN  |
| 3   | ANEXO D INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MINIMA INVASION Y ENDOSCOPIA FLEXIBLE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE INDIQUE LA MARCA Y EL MODELO DE LA UNIDAD ELECTROQUIRURGICA PROPIA DEL HOSPITAL PARA PODER OFERTAR LA PINZA BIPOLAR DE SELLADO DE VASOS DE PUNTA RECTA CON FUNCIONES DE AGARRE, DISECCIÓN, CORTE, COAGULACION Y SELLADO DE VASOS DE HASTA 7MM, 5MM DE DIAMETRO Y 330MM DE LARGO.<br>FAVOR DE ACLARAR | LA MARCA Y MODELO, VARIA UNIDAD MÉDICA, LA CUAL DEBÍO CONSIDERARSE DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES.   |
| 4   | DICE: ANEXO C, TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIVA DE ALTA DEFINICIÓN. 3.4.<br>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OMITIR ESTE PUNTO PARA LOS LICITANTES QUE OFERTEN TECNOLOGÍA LED, YA QUE ESTOS EQUIPOS SON DE LARGA DURACIÓN DE HASTA 10 AÑOS DE VIDA ÚTIL. ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO PRESENTEN UNA CARTA BAJO PROTESTA POR PARTE DEL FABRICANTE ARGUMENTANDO LA DURACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA.                             |
| 5   | DICE: ANEXO C, TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIVA DE ALTA DEFINICIÓN. 3.5.<br>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, DADO QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO TIENE IMPACTO CLÍNICO EN EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO.  |
| 6   | DICE: ANEXO C, TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIVA DE ALTA DEFINICIÓN. 4.5.<br>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR UNA CARTA DONDE SE INDIQUE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON ESTA NORMA EN CASO DE QUE NO SE EXPRESE EN LOS MANUALES. ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO, SE DOCUMENTE CON CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O SE INDIQUE SU MENCIÓN EN EL MANUAL DEL USUARIO DEL EQUIPO OFERTADO.                                    |
| 7   | DICE: ANEXO C, TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIVA DE ALTA DEFINICIÓN. 5.1.<br>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR SISTEMA DE CAPTURA DE IMÁGENES EN DVD Y USB, Y CD OPCIONAL YA QUE ESTE MEDIO ES OBSOLETO. ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LA DOTACIÓN DE INSUMOS SEÑALADOS EN EL ANEXO D, SE OFERTE DVD O USB, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTADA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. |
| 8   | DICE: ANEXO C, TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIVA DE ALTA DEFINICIÓN. 5.4.<br>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTO PODRÁ SER DESDE EL TECLADO PRINCIPAL DE LA TORRE. ¿ES CORRECTO?  | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN  |
| 9   | DICE: ANEXO C, TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIVA DE ALTA DEFINICIÓN. 6.3.<br>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR RUEDAS GIRATORIAS DE TAMAÑO SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE YA QUE   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  |

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-011-2022, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



|    |  |   |
|----|--|---|
|    | ESTAS NO TIENEN IMPACTO CLÍNICO EN LA ATENCIÓN BRINDADA AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?   |   |
| 10 | DICE: ANEXO C, TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIVA DE ALTA DEFINICIÓN. 7.<br>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CARRO DE LA MISMA MARCA O DE DIFERENTE MARCA ¿SE ACEPTA?  | NO SE PUEDE DAR CONTESTACIÓN A SU PREGUNTA, YA QUE LA REFERENCIA 7 DE LA FICHA, NO CORRESPONDE CON EL CARRO PORTA EQUIPO.   |
| 11 | DICE: ANEXO C, TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIVA DE ALTA DEFINICIÓN. 1.5.3.<br>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE FORMA OPCIONAL YA QUE CORRESPONDE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO ¿SE ACEPTA?  | NO SE PUEDE DAR CONTESTACIÓN A SU PREGUNTA, YA QUE EN LA FICHA MENCIONADA NO SE ENCUENTRA EL PUNTO 1.5.3.   |
| 12 | DICE: ANEXO C, TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIVA DE ALTA DEFINICIÓN. 1.5.2.<br>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO FUNCIÓN DE SEGURIDAD QUE DESHABILITA EL SISTEMA/FUNCIÓN DE EVACUACIÓN DE HUMO AUTOMÁTICA INCLUSO DURANTE LA SALIDA CUANDO LA PRESIÓN DE LA CAVIDAD ABDOMINAL ES INFERIOR A APROXIMADAMENTE 2 MM HG. ¿SE ACEPTA? | NO SE PUEDE DAR CONTESTACIÓN A SU PREGUNTA, YA QUE EN LA FICHA MENCIONADA NO SE ENCUENTRA EL PUNTO 1.5.2.   |
| 13 | DICE: ANEXO C, TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIVA DE ALTA DEFINICIÓN. 1.6.<br>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE FORMA OPCIONAL YA QUE CORRESPONDE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO ¿SE ACEPTA?  | NO SE ACEPTA, YA QUE PUEDE OFERTAR MAYOR TÉCNOLOGÍA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN ANEXO C, TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIVA DE ALTA DEFINICIÓN.<br><br>CABE HACER LA ACLARACIÓN QUE EN LA FICHA TÉCNICA NUMERAL 1.6 NO SE ESPECIFICA NINGUNA MARCA. |
| 14 | DICE: ANEXO C, EQUIPO DE ARTROSCOPIA. 1.2.2, 1.2.3.<br>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR VELOCIDAD AJUSTABLE DE HASTA 10,000 RPM ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO ESE INTERVALO DE VELOCIDAD SEA PARA AMBOS PUNTOS.   |

**3.- PROVEEDOR: ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS S.A. DE C.V.**

**A) DE CARÁCTER TÉCNICO**

| NO. | PREGUNTAS  | RESPUESTAS   |
|-----|--|--|
| 1   | TODOS LOS EQUIPOS ENTENDEMOS QUE SI OFERTAMOS UN EQUIPO Y/O ACCESORIO QUE MEJORA LAS CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES QUE SE SOLICITAN NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ES CORRECTO?  | ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBEN LAS MEJORAS TECNOLÓGICAS.  |
| 2   | TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGIA DE MÍNIMA INVASION DE ALTA DEFINICIÓN PUNTO 4.3<br>SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN MEJORAR LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA Y PODAMOS OFERTAR SALIDAS DE VIDEO DIGITALES DVI, VGA, COMPONENTE, COMPUESTO S-VIDEO, SOG, HDSI ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.   |
| 3   | TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGIA DE MÍNIMA INVASION DE ALTA DEFINICIÓN PUNTO 10 Y 11<br>SOLICITAN MANUALES DE OPERACIÓN Y MANUAL DE SERVICIO ENTENDEMOS QUE ESTOS SE DEBEN PRESENTAR A LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ¿ES CORRECTO?   | ES CORRECTA, SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, EN SU PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ REFERENCIAR CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO, DEBIENDO CONSIDERAR EL MANUAL, FOLLETOS O CATALOGOS. PARA CUBRIR EL PUNTO EN FICHA TÉCNICA, DEBERÁ ANEXAR CARTA COMPROMISO QUE DE RESULTAR ADJUDICADO, ENTREGARÁ LOS MANUALES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, DONDE EL EQUIPO QUEDARÁ EN COMODATO. |
| 4   | EQUIPO DE ARTROSCOPIA<br>EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA PARA ARTROSCOPIA PUNTO 3.3.3<br>SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR ELECTRODO DE CARGA LATERAL DE 2.4 A 4 MM YA QUE CON ESTO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO NI LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                      | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.   |
| 5   | EQUIPO DE ARTROSCOPIA<br>EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA PARA ARTROSCOPIA PUNTO 5.6<br>SOLICITAN MANUALES DE OPERACIÓN Y MANUAL DE SERVICIO ENTENDEMOS QUE ESTOS SE DEBEN PRESENTAR A LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ¿ES CORRECTO?   | ES CORRECTA, SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, EN SU PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ REFERENCIAR CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO, DEBIENDO CONSIDERAR EL MANUAL, FOLLETOS O CATALOGOS.  |
| 6   | EQUIPO DE ARTROSCOPIA PUNTO 13 Y 14<br>SOLICITAN MANUALES DE OPERACIÓN Y MANUAL DE SERVICIO ENTENDEMOS QUE ESTOS SE DEBEN PRESENTAR A LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ¿ES CORRECTO?   | ES CORRECTA, SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, EN SU PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ REFERENCIAR CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO, DEBIENDO CONSIDERAR EL MANUAL, FOLLETOS O CATALOGOS. PARA CUBRIR EL PUNTO EN FICHA TÉCNICA, DEBERÁ ANEXAR CARTA COMPROMISO QUE DE RESULTAR ADJUDICADO, ENTREGARÁ LOS MANUALES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, DONDE EL EQUIPO QUEDARÁ EN COMODATO. |

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-011-2022, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



|    |  |   |
|----|--|---|
| 7  | INSUMOS DESECHABLES PARA LAPAROSCOPIA<br>PINZA BIPOLAR DE SELLADO DE VASOS<br>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR 5.5 CM DE DIÁMETRO Y 325 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?  | NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO AL ANEXO D INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN Y ENDOSCOPIA FLEXIBLE  |
| 8  | INSUMOS DE USO COMUN<br>DEBIDO A QUE DENTRO DEL LISTADO DE INSUMOS DESECHABLES PARA LAPAROSCOPIA EXISTEN MATERIALES DE USO COMÚN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE NOS PERMITAN NO ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REGULATORIA REFERENTE AL REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS DISCOS DVD, SOLUCIÓN GLICINA Y BOLSA RECOLECTORA DE ORINA YA QUE ESTOS SON PRODUCTO QUE SE ADQUIEREN EN TIENDAS DE CONSUMO Y ESTOS NO ENTREGAN DOCUMENTACIÓN ALGUNA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?   | SE ACEPTA PROPUESTA PARA LOS DVD Y LA GLICINA, SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON MARCA O LABORATORIO FABRICANTE, YA QUE DE ELLO DEPENDE LA CALIDAD. PARA LAS BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA, NO SE ACEPTA, DEBERÁN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE CALIDAD. LO ANTERIOR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.    |
| 9  | BASES PUNTO 7.2.21<br>CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN COMO PRESENTAR FACTURAS QUE AMPAREN LA COMPRA DE LOS EQUIPOS Y/O INSUMOS ESTO DEBIDO A QUE MI REPRESENTADA CUENTA YA CON LOS EQUIPOS Y/O INSUMOS POR LO QUE NO REQUERIMOS DE UN FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR QUE ACREDITE QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN YA QUE LOS EQUIPOS SON DE NUESTRA PROPIEDAD, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN SUSTITUIR LA CARTA DE APOYO CON FACTURAS QUE ACREDITEN LA COMPRA DE LOS EQUIPOS Y/O INSUMOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | DEBERÁ UTILIZAR EL FORMATO DE CARTA DE RESPALDO, AGREGANDO QUE SON PROPIETARIOS DE LOS EQUIPOS, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS, ASÍ MISMO ESTOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y NO SER EQUIPOS OBSOLETOS, LO ANTERIOR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES        |
| 10 | BASES ANEXO D INSUMOS 1<br>REFERENTE AL EQUIPO MORCELADOR INALAMBICO LAPAROSCOPICO, SIN NECESIDAD DE ARMADO, ESTERIL DISEÑADO PARA LA MORCELACION DE TEJIDOS DURANTE PROCEDIMIENTOS GINECOLOGICOS LAPAROSCOPICOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA EXCLUIR ESTE EQUIPO YA QUE SE ENCUENTRA EN DESUSO ESTA TECNOLOGIA Y HAY AVANCES EN LA MEDICINA QUE DOCUEMENTAN QUE EL USO DE ESTE EQUIPO NO ES FUNCIONAL Y GENERA DEMACIADO TRAUMA QUIRURGICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?   | NO SE ACEPTA, APEGAR A LO SOLICITADO EN BASES   |
| 11 | BASES ANEXO D INSUMOS 1<br>REFERENTE A LA PINZA BIPOLAR DE SELLADO DE VASOS DE PUNTA RECTA CON FUNCIONES DE AGARRÉ, DISECCION, CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE HASTA 7MM DE 5MM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EL PODER OFERTA UNA PINZA BIPOLAR REUSABLE QUE CUMPLE CABALMENTE CON LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?  | SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONES DE AGARRÉ, DISECCION, CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE HASTA 7MM DE 5MM, CON CABLE BIPOLAR INTEGRADO CON CONEXION TIPO BANANA Y SEA COMPATIBLE CON LA UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA PROPIA DEL HOSPITAL. |

CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA. -----

5. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO, RESPECTO A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE, **MANIFIESTA NO TENER OBJECCIÓN ALGUNA, ACEPTANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES FIRMANDO DE CONFORMIDAD.** -----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <http://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones2022>.

FINALMENTE SE REITERA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **22 DE ABRIL DEL 2022, A LAS 12:30 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-011-2022, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **QUINCE HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA.-----

**POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

**LIC. FACUNDO VALDIVIA CABENA**

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE  
RECURSOS MATERIALES

**C.P.A. MARÍA EUGENIA GÓMEZ ROMERO**

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ**

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO  
TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE  
ATENCIÓN MÉDICA

**LIC. ELSA MARIA VILLARAUX CERVÓN**

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA



**L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ**

COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO  
DE ADQUISICIONES


**LIC. ZAYDA ELIZABETH ESCOBAR RICO**

COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

| NOMBRE                        | REPRESENTANTE   | FIRMA   |
|-------------------------------|---|---|
| L.C. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS | REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ |  |
| MTR. KARLO POMMIER GRANILLO   |   |  |

**POR EL LICITANTE**

| EMPRESA             | NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA | FIRMA   |
|---------------------|---|---|
| DICIPA S.A. DE C.V. | C. EXAL ELOY RUIZ JUÁREZ                        |  |