



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES

FICHA TÉCNICA

RENLÓN 231

NOMBRE GENÉRICO:

JUEGO DE JARDINERÍA

CLAVE S.S.: :S/C

LICITACIÓN NO.


NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 2 DE 2

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
5.3	DE ACERO
5.4	CON MARIPOSA PARA AJUSTAR LA MEDIDA DEL CORTE.
5.5	MANGOS DE MADERA PULIDA
6	MANGUERA DE MEDIA PULGADA DE 20M DE LARGO CON CONEXIÓN DE UN EXTREMO PARA LA TOMA DE AGUA Y DEL OTRO EXTREMO PISTOLA DE RIEGO.
7	GARANTIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN TODOS LOS ELEMENTOS
8	CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO VIGENTES DE CADA ELEMENTO



DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



RENGLÓN 232

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES
FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO:	
MARTILLO	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CABEZA FORJADA DE ACERO INOXIDABLE Y BOCA FRESADA.
2	SOPORTE MAGNÉTICO PARA CLAVO.
3	MANGO DE GOMA ANTIDERRAPANTE.
4	CON CARA DE GOLPEO GRANDE.
5	MEDICAS APROXIMADAS DE 42CM DE LARGO Y 16CM DE ANCHO.
6	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN,.
7	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.



 DRA. ROMALVA GUTIÉRREZ POLO
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 233

FICHA TÉCNICA		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.147.0021	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE DE MEDIA BOLA CAPACIDAD DE 250 ML.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

**DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA**

ELABORÓ

**MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA**

VALIDÓ

**M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 234

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.147.0017	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 25 X 16 CM Y 700 ML.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7.DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA




SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA


RENLÓN 235

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
513.227.0041	CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 71 X 12 X 5 CM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 236

FICHA TÉCNICA		PRESENTACIÓN
CLAVE	DESCRIPCIÓN	
513.227.0074	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE, CON O SIN PERFORACIONES. DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuentes:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 237

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.375.0321	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 238

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.375.0305	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO CHICO. TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 239

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.375.0313	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO GRANDE.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 240

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.703.8483	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353 84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZO


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 241

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.701.0924	PINZA HALSTED MOSQUITO O MICRO MOSQUITO O HARTMAN, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 242

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.701.2037	PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA SALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 243

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.702.0952	PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM. TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuentes:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENLÓN 244

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.701.1203	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 245

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.716.2006	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL Y ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 30 CM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353 84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENLÓN 246

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
531.687.0012	PORTA ABATELANGUAS CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION, PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fábriación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 247

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.814.0480	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 MM.	
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 248

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.859.0288	TIJERA METZENBAUM, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	


AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 249

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.859.1070	TIJERA METZENBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
	<p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	


AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 250

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.859.1179	TIJERA PARA SUTURA, ANGULADA, DE BOTÓN, LONGITUD 11.8 CM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353 84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZO


DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA




SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 251

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.857.1375	TIJERA CURVA HACIA LA DERECHA. TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuentes:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

REGLÓN 252

	FICHA TÉCNICA	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.857.1383	TIJERA CURVA HACIA LA IZQUIERDA.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 253

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.156.0031	CÁNULA YANKAWER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE, 22.8 CM DE LONGITUD.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRÁ. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 254

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.702.2362	PINZA DE SUJECCIÓN DUVAL, EXTREMOS ASERRADOS. LONGITUD TOTAL 200 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Oulrúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353 84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 255

FICHA TÉCNICA		PRESENTACIÓN
CLAVE	DESCRIPCIÓN	
537.173.1877	CÁNULA YANKAWER BABY, CON BOTÓN FIJO. LONGITUD 200 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 256

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.702.2081	PINZA DE DISECCIÓN GERALD, RECTA FINA SIN DIENTES. LONGITUD 175 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 257

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.673.1484	OSTEOTOMO TESSIER, RECTO, CON MANGO HEXAGONAL Y ANCHO DE HOJA 10 MM. LONGITUD 180 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 258

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.673.1492	OSTEOTOMO TESSIER, RECTO, CON MANGO HEXAGONAL Y ANCHO DE HOJA 15 MM. LONGITUD 180 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 259

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.618.1411	MANGO PARA BISTURÍ, DEL NO. 4 CORTO.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SÉGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENLÓN 260

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.618.1437	MARTILLO TAYLOR, PERCUSOR, MANGO MACIZO.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Practicas de Fabricación de COFFPRIS.</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

[Signature]
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

[Signature]
MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

[Signature]
M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 261

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.680.0016	PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 255 A 275 X 115 MM Y CAPACIDAD DE 4 A 4.5 LITROS DE BASE ANCHA.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA




**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 262

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.701.0577	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 18 CM. TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ



DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ



MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ



M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 263

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.701.0874	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353 84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ




DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ



MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ



M.E ALMA CRISTINA BARALESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 264

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.701.2318	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 265

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.702.4814	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 220 A 225 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Practicas de Fabricación de COFFPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 266

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.702.4871	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel. NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 267

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.702.4806	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALBASTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA




SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 268

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.716.0380	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 24 CM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	


AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA VALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 269

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.716.1792	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 270

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.716.0372	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuentes:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA VALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 271

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.716.2717	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 272

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.716.0782	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO.

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 273

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.147.0013	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 2 A 2.5 LITROS DE CAPACIDAD.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuerite:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BAILESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA




SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 274

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, DE 250 A 500 ML DE CAPACIDAD.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	


AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA




SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA


RENGLÓN 275

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
513.790.0055	RINÓN DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFFPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 276

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.814.0035	SEPARADOR GOSSET, CON APERTURA MÁXIMA DE 160 A 185 MM	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuentes:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353 84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZO


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 277

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.814.6289	SEPARADOR DE AVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 278

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.814.6313	SEPARADOR DE AVER, VALVA DE 38 MM. X 300 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 279

FICHA TÉCNICA		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.814.6321	SEPARADOR DE AVER, VALVA DE 50 MM. X 300 A 310 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 280

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.814.6032	JUEGO DE SEPARADORES DE AVERS CON MANGO, HOJAS DE 18 A 75 MM, DE ANCHO X 175 A 300 MM, DE LONGITUD TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Practicas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA




SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 281

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.814.6552	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 282

FICHA TÉCNICA		PRESENTACIÓN
CLAVE	DESCRIPCIÓN	
535.814.6495	SEPARADOR DE FARABEU, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuelle:	<p>SÉGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 283

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.814.0478	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 150 A 170 MM. TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFFPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ




DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ



MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ



M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 284

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
513.770.0117	CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL CON BANDEJA INFERIOR TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFFPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA




**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 285

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
513.887.0059	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ




DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ



MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ



M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA




SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENLÓN 286

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
537.704.1255	PINZA DE ANILLO. DIÁMETRO: 3.5 MM LONGITUD 140 MM TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	


AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 287

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
SET DE CURACIÓN PARA HOSPITALIZACIÓN		
513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML.	1
535.137.0035	MANGO DE BISTURÍ N° 3, CORTO.	1
537.702.4251	PINZA MICROADSON, SIN DIENTES, DE 120 MM.	2
537.702.4749	PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM.	1
535.701.0734	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	1
535.859.0494	TIJERA DE MAYO RECTA 14.5 CMS.	1
TOTAL DE PIEZAS		7

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio

Certificado de Calidad del Acero Inoxidable

ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima

Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



RENLÓN 288

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	N° DE PIEZAS POR
SET DE INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTOS		
535.859.5030	TIJERA SPENCER, DE 90 A 95 MM. DE LONGITUD.	1
535.701.9743	PINZA ADSON, SIN DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155MM.	1
TOTAL DE PIEZAS		2

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio

Certificado de Calidad del Acero Inoxidable

ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima

Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 289

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
S/C	ORINAL PATO SEMI-HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO MATE 1 L.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA




**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 290

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
S/C	CÓMODO DE ACERO INOXIDABLE INFANTIL ACABADO PULIDO MATE, MEDIDAS:30X23 TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuentes:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ




**DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA**

ELABORÓ



**MASE MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA**

VALIDÓ



**M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 291

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
S/C	CHAROLA CON TAPA BUDINERA GRANDE PARA INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE TOTAL DE PIEZAS	PIEZA
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353 84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENLÓN 292

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
S/C	CÓMODO TIPO CUÑA PARA PACIENTE FRACTURADO DE ACERO INOXIDABLE ADULTO ACABADO PULIDO MATE.	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353 84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 293

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
S/C	CAJA DE DOAYAN	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCIÓN PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENLÓN 294

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.608.0589	MANGO PARA BISTURÍ, DEL NO. 3 LARGO	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353 84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable ó Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA GALLO ESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENLÓN 295

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.608.0571	MANGO PARA BISTURÍ, DEL NO. 7 CORTO	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA


RENLÓN 296

CLAVE	FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
535.608.0656	MANGO PARA BISTURÍ, LONGITUD TOTAL 210 MM	PIEZA
	TOTAL DE PIEZAS	
fuelle:	<p>SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DIARIO OFICIAL. LUNES 7 DE ENERO DEL 2019. EDICIÓN 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos).</p> <p>Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio</p> <p>Certificado de Calidad del Acero Inoxidable</p> <p>ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353 84.</p> <p>Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS</p> <p>Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra</p> <p>Certificado de Materia Prima</p> <p>Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p>	

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 297

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
SET DE AMPUTACIÓN		
513.227.0074	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	1
535.701.1955	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	1
535.702.0147	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 150 A 155 MM. 10	1
535.701.0874	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	10
537.702.3618	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES 1 X 2. LONGITUD DE 180 A 185 MM.	4
535.701.1542	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	4
535.716.0372	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM.	2
535.701.2037	PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	10
535.859.2417	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	1
535.859.2672	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	1
537.857.2217	TIJERA METZENBAUM CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	1
535.618.1411	MANGO PARA BISTURÍ DEL Nº 4 CORTO.	2
535.137.0035	BISTURÍ QUIRÚRGICO MANGO Nº 3, CORTO.	1
535.701.0577	PINZA ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 18 CM.	2
535.701.1419	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2
537.355.0051	ESCOFINA TIPO PUTTI DOBLE EXTREMO 270 MM DE LONGITUD.	1
535.156.0031	CÁNULA YANKAUER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE, 22.8 CM DE LONGITUD.	1
537.327.2870	ELEVADOR CON MANGO, VÁSTAGO RECTO, CORTE PLANO, DE 180 MM A 185 MM DE LONGITUD.	1
537.457.0181	GUBIA RUSKIN O STILLE RUSKIN, DOBLE ARTICULACIÓN, QUIJADA CURVA, LONGITUD 220 A 240 MM.	1
537.209.0760	CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON, PARA HUESOS, CURVA, DOBLE ARTICULACIÓN, LONGITUD 270 A 280 MM.	1
537.785.0259	RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, PARA AMPUTACIÓN, CON MANGOS DESMONTABLES.	1
537.836.0044	SIERRA CHARRIERE, TIPO ARCO, HOJA DE CORTE DE 210 A 220 MM X 12 A 18 MM, LONGITUD TOTAL DE 350 A 360 MM.	1
537.836.9051	SIERRA CHARRIERE TIPO SERRUCHO, LONGITUD DE 270 A 300 MM.	1
537.836.9101	SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METÁLICOS DE 400 MM DE LONGITUD.	1
537.836.9093	SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METÁLICOS DE 300 MM DE LONGITUD.	1
537.836.9069	SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LONGITUD DE 500 A 510 MM, CON 2 MANGOS DE AGARRE EN FORMA DE "T".	1
537.836.9085	SIERRA LANGENBECK, LONGITUD DE 230 A 250 MM.	1
537.272.0507	CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	1
537.272.0515	CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD DE 190 A 200 MM.	1
537.263.2066	CUCHARILLA VOLKMANN, CON MANGO ESTRIADO, COPA OVALADA DEL Nº 1.	1
537.263.2074	CUCHARILLA VOLKMANN, CON MANGO ESTRIADO, COPA OVALADA DEL Nº 2.	1
537.191.2485	CINCEL HIBBS, RECTO, ANCHO DE LA HOJA 25 MM, LONGITUD 240 MM.	1


[Handwritten marks]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 298

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	N° DE PIEZAS POR SET
SET ASEO GENERAL BÁSICO		
513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, DE 250 A 500 ML DE CAPACIDAD.	1
513.950.0119	VASO METÁLICO: 100 O 200 ML.	1
535.701.1831	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1
TOTAL DE PIEZAS		3

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio

Certificado de Calidad del Acero Inoxidable

ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima

Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 299

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
537.830.0888	SET DE ASEO VULVAR	
513.790.0014	RINÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML	1
513.950.0119	VASO METÁLICO DE 100 ML.	1
535.701.1955	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	1
TOTAL		3

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio

Certificado de Calidad del Acero Inoxidable

ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima

Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



RENLÓN 300

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS
SET DE INSTRUMENTAL PARA ASEPSIA		
540.207.630	RIÑÓN DE ACERO 240 ML.	1
S/C	VASO METÁLICO 240 ML.	1
S/C	PINZA DE FORESTER RECTA ESTRIADA 18 CMS.	1
TOTAL DE PIEZAS		3

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio
 Certificado de Calidad del Acero Inoxidable

ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima

Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel,
 NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
 SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA DALUASTROS SANTIAGO
 JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 301

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
BLOQUEO EPIDURAL		
513.227.0074	CHAROLA DE MAYO DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X 32 CMS.	1
060.040.0261	AGUJA DE THOUHY NO. 16	1
S/C	AGUJA DE THOUHY NO. 18	1
S/C	PINZA DE FORESTER RECTA ESTRIADA 18 CMS.	1
060.550.0800	JERINGA DE CRISTAL 10 CMS. SIN PIVOTE METÁLICO	2
060.550.0784	JERINGA DE CRISTAL 20 CMS. SIN PIVOTE METÁLICO	2
060.550.0800	JERINGA DE CRISTAL 5 CMS. SIN PIVOTE METÁLICO	2
S/C	VASO METÁLICO 240 ML.	2
TOTAL DE PIEZAS		12

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio
 Certificado de Calidad del Acero Inoxidable
 ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.
 Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS
 Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra
 Certificado de Materia Prima
 Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE GORULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 302

FICHA TÉCNICA		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
	SET DE CESÁREA	
535.618.1411	MANGO DE BISTURÍ No. 4	2
535.859.4876	TIJERA DE MAYO CURVA 17 CMS.	1
535.859.4850	TIJERA DE MAYO RECTA 225-230 MM	1
535.859.0973	TIJERA DE METZENBAUM CURVA 23 CMS.	1
537.857.1714	TIJERA PARA CORDON UMBILICAL MODELO USA DE 10.5 CMS.	1
535.701.0874	PINZA KELLY HEMOSTÁTICA CURVA DE 14 CMS.	8
535.701.0098	PINZA DE CAMPO BACKHAUS 130- 140 MM.	8
535.701.1955	PINZA FOERSTER CURVA 25 CMS. PARA ESPONJA	4
535.701.1880	PINZA FOERSTER RECTA ESTRIADA 25 CMS. PARA ESPONJA	2
535.701.1310	PINZA HEMOSTÁTICA ROCHESTER PEAN RECTA DE 180-200 MM.	4
537.702.5969	PINZA DE ALLIS INTESTINAL 15 CMS. 5 X 6 DIENTES	8
535.701.1682	PINZA BABCOCK PARA TEJIDOS 20 CMS.	2
535.701.0379	PINZA ADSON 1 X 2 DIENTES LONGITUD DE 110-125 MM.	2
535.701.9743	PINZA ADSON SIN DIENTES 150-155 MM.	3
537.703.9655	PINZA ADSON 1 X 2 DIENTES 150-155 MM.	1
535.814.6495	SEPARADOR FARABEUF DOBLE PAREJA DE 150-155 MM.	1
537.814.2755	SEPARADOR BALFOUR VALVA CENTRAL DE 65-80 MM X 80-85 MM, VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250-255MM.	1
537.814.8992	ESPECULO DOYEN,VALVA DE 60MM X 55-62 MM, LONGITUD DE 240 MM	1
535.156.0031	CANULA DE ASPIRACIÓN YANKAUER DE 22.8 CMS.	2
535.716.1792	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 18 CMS.	2
535.716.1735	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 140-150 MM.	1
513.227.0074	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL 490 X 320 MM.	1
	TOTAL DE PIEZAS	57

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993)
Obligatorio
Certificado de Calidad del Acero Inoxidable
ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó
ASTM-E353-84.
Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas
de Fabricación de COFEPRIS
Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 303

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR
SET DE CIRCUNCISIÓN		
535.137.0035	MANGO DE BISTURÍ NO. 3	1
535.137.0084	BISTURÍ QUIRÚRGICO. MANGO Nº 4.	1
535.701.0833	MOSQUITO CURVAS 12CM..	6
535.859.4926	TIJERA METZEMBAUM CURVA 15CM..	1
535.859.0494	TIJERA MAYO RECTA 14CM..	1
S/C	PORTA AGUJAS JOHNSON 4.75" 12CM..	1
535.701.9743	PINZA DISECCIÓN ADSON SIN DIENTES 12CM..	1
537.703.9655	PINZA DISECCIÓN ADSON CON 1X2 DIENTES 12CM..	1
S/C	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL	1
S/C	PINZA BABY MOSQUITO CURVA	4
513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.	1
535.701.2318	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM	2
TOTAL DE PIEZAS		21

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio

Certificado de Calidad del Acero Inoxidable

ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima

Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 304

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
SET DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL		
535.701.2086	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN CON BOTÓN DESATORNILLABLE 22.8 CMS. YANKAUER	2
513.227.0074	CHAROLA DE MAYO ACERO INOXIDABLE DE 49 X 32 CMS.	1
537.702.3873	PINZA DOYEN, CURVA, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 230 A 235 MM.	2
537.702.3881	PINZA DOYEN, RECTA, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 230 A 235 MM.	2
S/C	CLAMP PAYER CHICO 20 CMS. CON DIENTES	2
S/C	CLAMP PAYER CHICO 28 CMS. CON DIENTES	2
535.618.1411	MANGO DE BISTURÍ NO. 4	2
535.701.1682	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM.	3
537.702.5894	PINZA ALLIS ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM	3
535.701.2086	PINZA BABCOCK, FENESTRADA, CON RETÉN, LONGITUD 14 CM	3
535.701.0585	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1
35.701.1419	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	1
537.702.6041	PINZA CARMALT O ROCHESTER-CARMALT, CURVA, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	3
535.701.1955	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	2
535.701.0874	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	12
537.702.6421	PINZA KOCHER, INTESTINAL, RECTA, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	2
535.701.4363	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	2
535.701.4371	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM	2
537.702.4806	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	3
535.701.1302	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	3
535.716.0380	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 24 CM.	1
535.716.1792	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	1
535.859.2417	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	1
35.859.0429	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 23 CM.	1
535.859.0973	TIJERA METZEMBAUM, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD	1
TOTAL DE PIEZAS		58

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993)
Obligatorio

9
B

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 305

FICHA TÉCNICA		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
SET DE CIRUGÍA GENERAL BÁSICA		
513 227 0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X32 CMS.	1
535 137 0035	MANGO DE BISTURÍ NO. 3	1
540 203 225	MANGO DE BISTURÍ NO. 4	1
5370702.419	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR SIN DIENTES DE 100MM A 110MM DE LONG.	1
537.702.4178	PINZA DE DISECCIÓN TIPO USA CON DIENTES DE 1X2 DIENTES, DE 100 A 110MM DE LONG	1
535.701.2839	PINZA ADLERKREUTZ, CON DIENTES, LONGITUD DE 130 MM.	1
535.859.4835	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	1
535.859.4827	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	1
07 164 17	TIJERA DE HILOS 11 CMS. ESTÁNDAR	1
535.859.0296	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, PUNTAS AGUDAS LONGITUD 14 CM	1
35.701.0734	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	6
537.702.4798	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM.	6
535.814.6495	SEPARADOR FARABEUF (JUEGO DE 2) DE 150 MM	1
535.716.1792	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	2
537.702.5902	PINZA ALLIS ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 200 MM.	6
35.701.0098	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	8
TOTAL DE PIEZAS		39

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio

Certificado de Calidad del Acero Inoxidable
ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima

[Handwritten signature and initials]



RENGLÓN 306

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA


FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
SET DE HISTERECTOMÍA ABDOMINAL. GINECOLOGÍA		
535.608.0571	MANGO PARA BISTURÍ NO.7, CORTO.	1
535.156.0031	CÁNULA YANKAUER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 Ó 22 CM.	1
35.137.0084	MANGO BISTURÍ N° 4 CORTO	1
535.701.0098	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1
537.702.4202	PINZA ESTÁNDAR RECTA, CON DIENTES, DE 250 A 260 MM	1
S/C	PINZA ESTÁNDAR ESTRIADA SIN DIENTES DE 14.5 CM	1
535.701.0601	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	1
535.701.0742	PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM	1
35.701.1682	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM.	1
535.701.1831	PINZA FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA LONGITUD 180 A 200 MM.	1
535.701.1849	PINZA FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA LONGITUD 180 A 200 MM.	1
535.701.1518	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	1
535.716.1792	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, DE 180 MM	1
535.716.2717	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 180 MM	1
535.814.3609	SEPARADOR O'SULLIVAN O'CONNOR, CON TRES HOJAS INTERCAMBIABLES	1
535.814.6289	SEPARADOR DEEVER, VALVA DE 25 MM X 300 MM	1
535.814.6339	SEPARADOR DEEVER, VALVA DE 75 MM X 300 MM	1
535.814.6495	SEPARADOR FARABEUF (JUEGO DE 2) DE 150 MM	1
537.702.2230	TIJERA MAYO-HARRINGTON, RECTA, LONGITUD DE 225 A 230 MM.	1
37.702.2248	TIJERA MAYO-HARRINGTON, CURVA, LONGITUD DE 225 A 230 MM.	1
535.859.4702	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 200 MM	1
535.859.4942	TIJERA METZENBAUM RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	1
537.702.4806	PINZA ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES DE 200 MM	1
537.702.4871	PINZA ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRÍAS TRANSVERSALES DE 200 MM	1
37.702.4954	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 MM.	1
537.702.5431	PINZA MUSEUX, RECTA, QUIJADA CON 2 X 2 DIENTES DE 8 MM DE 240 MM	1
537.702.5951	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES DE 190 MM	1
537.702.6843	PINZA HEANEY, CON 2 DIENTES TRANSVERSAL DE 200 MM	1
537.702.6868	PINZA HEANEY, CON 2 DIENTES TRANSVERSAL DE 230 MM	1
37.702.3667	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS DE 250 MM	1



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 307

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS
SET DE HISTERECTOMÍA VAGINAL		
535.156.0031	CÁNULA YANKAWER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE, 22.8 CM DE LONGITUD.	1
513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	1
537.832.0351	CONTENEDOR ESPECÍFICO PARA ESTE INSTRUMENTAL.	1
535.701.0734	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	10
537.702.5951	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	10
537.703.8483	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	1
537.702.4178	PINZA ESTÁNDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM. A 140 MM. DE LONGITUD.	1
535.701.0601	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	1
535.701.1955	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	2
537.702.6850	PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 205 A 210 MM.	6
535.701.1542	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	6
535.716.2758	PORTA AGUJA HEANEY, CURVO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 200 A 210 MM DE LONGITUD.	1
535.716.2683	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 160 MM.	1
535.716.2691	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 200 A 210 MM.	1
537.814.9024	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM X 85 A 92 MM, LONGITUD DE 240 MM.	1
537.814.9008	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM X 85 A 92 MM, LONGITUD DE 240 MM.	1
535.859.2672	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	1
535.859.4702	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	1
535.859.4942	TIJERA METZENBAUM RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	1
513.950.0101	VASO METÁLICO GRADUADO: 250 ML.	1
535.701.0585	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1
535.859.2417	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	1
513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.	2
535.137.0084	BISTURÍ QUIRÚRGICO. MANGO Nº 4	2

[Handwritten signatures and initials]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORDULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 308

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
SET DE CIRUGÍA MENOR Y DEBRIDACION		
513 227 0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X32 CMS.	1
535.137.0035	MANGO DE BISTURI NO. 3, CORTO.	1
S/C	SEPARADOR DE PEAN SMITH 17 CMS.	1
535.814.0480	SEPARADOR DE FARABEU DE 12 Y 15 CMS.	2
535.701.0379	PINZA DE ADSON CON DIENTES 12 CMS.	1
535.701.0833	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	6
535.814.6669	SEPARADOR VOLKMANN CON 2 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 220 MM.	1
535.814.6685	SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 220 MM. PEAN	1
535.716.2683	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 160 MM.	1
535.814.6495	SEPARADORES DE FARABEU 150 A 150 MM.	1
535.859.4827	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	1
TOTAL DE PIEZAS		17

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio
 Certificado de Calidad del Acero Inoxidable
 ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.
 Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS
 Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra
 Certificado de Materia Prima
 Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENLÓN 309

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS
SET DE CIRUGÍA MENOR		
535.701.1831	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1
535.701.1849	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	2
535.701.1294	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	4
535.137.0035	BISTURÍ QUIRÚRGICO MANGO NO. 3, CORTO.	1
535.618.1411	MANGO PARA BISTURÍ DEL NO. 4, CORTO.	1
535.859.0494	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	1
537.857.1565	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM DE LONGITUD.	1
537.857.1573	TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM DE LONGITUD.	1
535.859.0379	TIJERA METZENBAUM, CURVA, FINA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 14 CM.	1
535.859.4926	TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 140 A 150 MM DE LONGITUD.	1
537.702.4186	PINZA ESTÁNDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM A 110 MM DE LONGITUD.	1
537.702.4178	PINZA ESTÁNDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM A 110 MM DE LONGITUD.	1
535.701.0544	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1
535.701.1385	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1
535.701.4843	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM DE LONGITUD.	1
535.701.0379	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	1
535.701.4603	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	4
535.701.4611	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	6
535.701.0833	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	6
535.701.0874	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	4
535.701.1542	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	4
537.702.5894	PINZA ALLIS ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	6

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**

ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 310

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
S/C	SET DE CIRUGÍA MAYOR	
535.618.1411	BISTURÍ QUIRÚRGICO MANGO N° 4	1
535.137.0035	BISTURÍ QUIRÚRGICO MANGO N° 3	1
535.859.2417	TIJERA MAYO RECTA DE 170 MM	1
535.859.2672	TIJERA MAYO CURVA DE 170 MM	1
535.859.4710	TIJERA METZENBAUM RECTA 200 MM	1
535.859.4702	TIJERA METZENBAUM CURVA 200 MM	1
535.701.2037	PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM	6
535.701.1955	PINZA FORESTER CURVA ESTRIADA 250 MM	2
535.701.1880	PINZA FORESTER RECTA ESTRIADA 250 MM	2
535.701.1542	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 180 MM	6
537.702.3600	PINZA ROCHESTER OCHSNER, RECTA 180 MM	6
535.701.1609	PINZA BABCOCK, RECTA, LONGITUD DE 170 A 200 MM	2
S/C	PINZA DE DISECCIÓN CON SERRACIONES 145 MM	2
537.703.9655	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	2
537.702.2362	PINZA DE SUJECIÓN DUVAL, EXTREMOS ASERRADOS. LONGITUD TOTAL 200 MM.	1
535.716.0299	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 200 MM	2
35.701.0734	PINZA HEMOSTÁTICA CRILE CURVA 140 MM	5
537.702.4665	PINZA HEMOSTÁTICA CRILE RECTA 140 MM	5
535.814.6495	JUEGO DE SEPARADOR FARABEU 150 MM	1
535.814.0241	JUEGO DE SEPARADOR RICHARDSON-EASTMAN	1
535.702.0154	PINZA DE CAMPO ROEDER CON TOPE 130 MM	6
	TOTAL DE PIEZAS	55

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio

Certificado de Calidad del Acero Inoxidable

ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 311

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
SET DE SUTURA		
513.790.0014	RINÓN DE ACERO DE 500 ML.	1
535.701.0379	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	1
537.702.4251	PINZA MICROADSON, SIN DIENTES, DE 120 MM.	1
537.702.4707	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, CON DIENTES,	4
535.716.1735	LONGITUD DE 120 A 130 MM.	1
535.701.1831	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1
535.859.4884	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1
TOTAL DE PIEZAS		10

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio

Certificado de Calidad del Acero Inoxidable

ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima

Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E. ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 312

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
EQUIPO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA		
S/C		
513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X32 CMS.	1
513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE 500 ML.	1
540.207.630	VASO DE ACERO INOXIDABLE 240 ML.	2
535.157.0048	SONDA ACANALADA CON BOTÓN 140 A 145 MM.	1
535.399.0103	ESTILETE	1
535.814.6495	SEPARADORES FARABEUF JUEGO DE DOS DE 150NA 155 MM.	2
535.137.0035	MANGO DE BISTURÍ NO. 3	1
535.701.1518	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	1
535.701.1419	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM	1
534.701.0379	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	1
535.701.4843	PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110 A 120 MM, DE LONGITUD.	1
535.814.6446	SEPARADORES RICHARDSON VALVA 30A36 X 25 A 30 MM.240 A 245MM.	2
535.701.1849	PINZA DE ANILLOS (FORESTER RECTA 20 CMS).	2
535.716.2883	PORTA AGUJA MAYO-HEGAR 16 CMS.	2
535.701.1609	PINZA BABCOCK RECTA LONGITUD 170 A 200 MM.	2
537.702.2362	PINZA DUVAL LONGITUD 200 MM.	1
537.702.4467	PINZA MAYO BLAKE, ANGULADA, LONGITUD DE 200 A 210 MM.	2
535.701.4629	PINZAS MIXTER ANGULADAS, QUIJADAS CURVAS, 220 A 230 MM.	3
537.702.5894	PINZA ALLIS ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	6
	PINZAS MOSQUITO	15
535.701.0734	PINZAS CRILLE CURVAS14 CMS.	6
535.701.1294	PINZAS BACKAUS (CAMPO) 80 A 90 MM.	10
537.702.2313	PINZAS INTESTINALES ANGULADAS	2
537.173.1646	CÁNULA DE FRAZIER C/VALVULA DE DEDO C/MANDRIL 10 FR.	1
535.814.3609	SEPARADOR O'SULLIVAN CON 3 VALVAS	1
537.857.1755	TIJERA MAYO NOBLE RECTA LONGITUD 16 A 17 MM.	1
535.859.2672	TIJERA MAYO CURVA LONGITUD 170 MM.	1
535.858.0395	TIJERA METZENBAUM CURVA PUNTA AGUDA LONGITUD 170 MM.	1
	TOTAL DE PIEZAS	71

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio

Certificado de Calidad del Acero Inoxidable
ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-
E353-84.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 313

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS
SET DE COLECISTECTOMIA		
513 227 0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X 32 CMS	1
S/C	PINZA DE ANGULO P/CÍSTICO LAHAY O GEMINI 18-20-23 Y 25 CM UNA DE CADA UNA.	4
S/C	PINZA DE ANGULO P/CÍSTICO MAXTER DE 18 X 23 CMS	2
S/C	PINZA DE DISECCIÓN LARGA S/DIENTES POTTS 6+ 21 CMS	1
537.301.3662	DILATADORES DE CÍSTICO BAKES (JUEGO DE 13 PIEZAS) APEGARSE A LA CLAVE: 537.301.3662	1
535.701.1849	PINZA DE FORESTER CURVA ESTRIADA 18 CMS	1
535.701.1831	PINZA DE FORESTER RECTA ESTRIADA 18 CMS	1
535.137.0035	MANGO DE BISTURÍ LARGO Nº 3 DE 15 CM	1
535.859.3985	TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA A 45º, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	1
535 716 0323	PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD DE 26 CMS	1
535 859 0619	TIJERA DE METZEMBAUM CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 28 CMS	1
535.859.2417	TIJERA MAYO RECTA DE 17 CMS	1
35.859.2672	TIJERA DE MAYO CURVA 17 CMS	1
S/C	PINZA DE RANDALL TAMAÑOS Nº 1,2,3 Y 4	1
535.608.0571	MANGO DE BISTURÍ Nº 7 12.5 CM	1
S/C	SEPARADOR MALEABLE DE RIBBONO O DIVER 6 X 200, 12 X 200, 19 X 230, 25 X 330	1
TOTAL DE PIEZAS		20

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio

Certificado de Calidad del Acero Inoxidable
ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

(Handwritten signatures and initials)



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENGLÓN 314

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
SET DE INSERCIÓN DE DIU		
513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X32 CMS.	1
537.375.0321	ESPEJO VAGINAL GRAVES, TAMAÑO MEDIANO.	1
535.477.0116	HISTERÓMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACIÓN Y BOTÓN EN LA PUNTA, 4 MM. DE DIÁMETRO Y 31 CMS. DE LONGITUD	1
535.701.1831	PINZA FORESTER, RECTA, FENESTRADA, ESTRIADA DE LONGITUD 18 CMS.	1
537.702.0952	PINZA POZZI LONGITUD 24 CMS.	1
TOTAL DE PIEZAS		5

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio

Certificado de Calidad del Acero Inoxidable
ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima

Acero Inoxidable ó Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALDESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 315

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
SET DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA		
535.701.1849	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1
537.703.8483	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	1
537.702.0952	PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM.	1
537.452.0079	HISTERÓMETRO SIMS, RÍGIDO, CON GRADUACIÓN EN CENTÍMETROS.	1
537.375.0321	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO.	1
TOTAL DE PIEZAS		5

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio
 Certificado de Calidad del Acero Inoxidable
 ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.
 Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS
 Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra
 Certificado de Materia Prima
 Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ


DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ


M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 316

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
	SET DE YESOS	
513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	1
537.209.0844	CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y REMOVER YESO, DE 370 A 380 MM DE LONGITUD.	2
537.209.0851	CIZALLA STILLE, PARA CORTAR Y REMOVER YESO, LONGITUD 230 MM.	1
537.832.0351	CONTENEDOR ESPECÍFICO PARA ESTE INSTRUMENTAL.	1
537.814.8604	SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE 270 A 280 MM.	2
537.835.0028	SIERRA PARA CORTAR YESO (CON DOS HOJAS PARA SIERRA, DOS TORNILLOS DE APRIETE Y LLAVE ESPAÑOLA)	1
537.857.2225	TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES DE YESO, ANGULADA, PUNTA DE BOTON, UNA HOJA DENTADA Y PROTECCIÓN EN LOS ANILLOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	1
	TOTAL DE PIEZAS	9

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio
 Certificado de Calidad del Acero Inoxidable
 ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.
 Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS
 Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra
 Certificado de Materia Prima
 Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZO

[Signature]
 DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

[Signature]
 MASE: MONICA ROIZ VEGA
 SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

[Signature]
 M.E ALMA CRISTINA BALBUENAS SANTIAGO
 JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
537.830.0888	SET DE HEMORREIDECTOMÍA	
S/C	ESPECULO RECTAL PRATT DE 20.5 CMS.	1
S/C	ANOSCOPIO IVES FASLER 22 MM.	1
537.057.0144	ANOSCOPIO HIRSCHMANN CON OBTURADOR CHICO	1
537.057.0151	ANOSCOPIO HIRSCHMANN CON OBTURADOR MEDIANO	1
537.375.0032	ANOSCOPIO HIRSCHMANN CON OBTURADOR GRANDE	1
S/C	GANCHO PARA CÍSTICO PRATT CHICO	1
S/C	GANCHO PARA CÍSTICO PRATT MEDIANO	1
S/C	GANCHO PARA CÍSTICO PRATT GRANDE	1
S/C	PINZA DE LIGADOR DE HEMORROIDES MCGIVNEY, CON CONO DE CARGA , PINZAS DE OPERACIÓN Y ANILLOS DE SILICONA.	1
S/C	CAJA CON 100 ANILLOS PARA LIGADURA	1
537.702.3675	PINZA HEMORROIDAL AGARRADORA MCGIVNEY LONGITUD DE 185 A 190 MM.	1
TOTAL DE PIEZAS		11

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio
 Certificado de Calidad del Acero Inoxidable
 ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.
 Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS
 Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra
 Certificado de Materia Prima
 Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
 SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
 JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 318

FICHA TÉCNICA		
CLAVE	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	Nº DE PIEZAS
	SET DE INSTRUMENTAL PARA LEGRADO	
513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X32 CMS.	2
535.814.6412	JUEGO DE VALVAS DE RICHARSON	1
537.702.0952	PINZA DE POZZI DE 24 CMS.	1
535.477.0116	HISTEROMETRO CURVO CON GRADUACIÓN 31 CMS.	1
537.301.2573	JUEGO DE DILATADORES HEGAR. CALIBRE 3-4.	1
535.701.1906	PINZA DE FOERSTER CURVA 20 CMS.	1
535.701.1880	PINZA DE FOERSTER CURVA 25 CMS.	1
537.263.1902	CUCHARILLA DE LEGRADO CORTANTE SIMS TAMAÑO 1	1
537.263.1886	CUCHARILLA DE LEGRADO CORTANTE SIMS TAMAÑO 3	1
537.263.1902	CUCHARILLA DE LEGRADO CORTANTE SIMS TAMAÑO 5	1
535.703.8483	PINZA UTERINA BOZEMAN DE 26 CMS.	1
535.701.1831	PINZA DE FOERSTER RECTA 20 CMS.	1
	TOTAL PIEZAS	13

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio
Certificado de Calidad del Acero Inoxidable

ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima

Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel,
NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 319

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS
SET DE ATENCIÓN DE PARTO		
513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X32 CMS.	1
537.703.9655	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR CON DIENTES 14.5 CMS.	1
535.701.9743	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR SIN DIENTES 14.5 CMS.	1
535.701.1880	PINZA FOERSTER RECTA ESTRIADA 25 CMS. PARA ESPONJA	1
537.716.0501	PORTA AGUJAS RYDER VASCULAR RECTO 200-210 MM.	1
535.859.4884	TIJERA DE MAYO RECTA 145-155 MM.	1
537.702.5043	PINZA DE ROCHESTER OCHNER 20 CMS. CURVA	1
537.702.5050	PINZA DE ROCHESTER OCHNER 20 CMS. RECTA	1
TOTAL DE PIEZAS		8

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio
Certificado de Calidad del Acero Inoxidable

ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima

Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MONICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 320

CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
FICHAS TÉCNICAS		
SET DE CIRUGÍA DE MANO		
513.227.0074	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	1
535.701.1849	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1
535.702.0139	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM.	6
535.701.0833	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	6
535.701.0817	PINZA HALSTED MOSQUITO O MICRO MOSQUITO O HARTMAN, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	4
535.701.0874	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	4
535.701.2037	PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	4
537.702.4954	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 MM.	1
537.857.0369	TIJERA STEVENS, CURVA, LARGA Y ROMA, LONGITUD 10.5 CM.	1
535.859.1328	TIJERA IRIS, RECTA, LONGITUD 12 CM.	1
535.859.0296	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, PUNTAS AGUDAS LONGITUD 14 CM. 1	1
535.859.2649	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. 1	1
535.859.0494	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. 1	1
535.716.2709	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	1
537.716.0840	PORTA AGUJA HALSEY, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM	1
535.701.0379	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	1
535.701.4843	PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110 A 120 MM, DE LONGITUD.	1
535.701.0551	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1
535.701.1385	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1
535.137.0472	BISTURÍ QUIRÚRGICO MANGO LARGO Nº 7.	1
535.137.0035	BISTURÍ QUIRÚRGICO MANGO Nº 3, CORTO.	2
535.814.0480	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 MM	1
537.814.0478	SEPARADOR SENN O BABY SENN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 150 A 170 MM.	2
537.814.0817	SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA Y ESTRECHA, 8 MM DE ANCHO, LONGITUD 16 CM.	2
537.327.2912	ELEVADOR MODELO FREER, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y CORTANTE, HOJAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 180 A 195 MM, PARA SEPTUM NASAL.	1
537.327.2896	ELEVADOR CUSHING O MARTIN CUSHING, HOJA DE 6 A 7 MM DE ANCHO, LONGITUD DE 170 A 195 MM.	1
537.263.2058	CUCHARILLA VOLKMANN CON MANGO ESTRIADO, COPA OVALADA DEL Nº 0000.	1
537.263.0508	CUCHARILLA VOLKMANN Nº 000.	1
537.263.0482	CUCHARILLA VOLKMANN Nº 0.	1
537.263.1456	CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA REDONDA Nº 00.	1
537.673.1609	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 O 245 MM DE LONGITUD X 8 MM DE ANCHO.	1
537.191.1537	CINCEL LAMBOTTE (MINI), RECTO, 8 MM DE ANCHO X 12 CM DE LONGITUD.	1
537.191.1529	CINCEL LAMBOTTE (MINI), RECTO, 6 MM DE ANCHO X 12 CM DE LONGITUD.	1
537.440.1353	GANCHO CUSHING O COTTLE, PARA DURAMADRE, DE UN GARFIO AGUDO, LONGITUD DE 140 A 160 MM.	2
537.440.0694	GANCHO JOSEPH, CON 2 GARFIOS AGUDOS, DE 5 A 6 MM, LONGITUD DE 160 A 165 MM.	2
535.316.0186	DISECTOR PENFIELD, 20.3 CM DE LONGITUD Nº 3.	1
535.157.0022	CÁNULA FERGUSON, CALIBRE 10 FR. ANGULADA.	1
537.457.0132	GUBIA RECTA, MORDIDA DE 6 MM, 12 CM DE LONGITUD.	1
537.457.0207	GUBIA MEAD DE ARTICULACIÓN SENCILLA, LONGITUD 165 MM.	1
537.209.0802	CIZALLA LISTON, RECTA, CON ARTICULACIÓN SENCILLA, LONGITUD 140 MM.	1
513.950.0119	VASO DE ACERO INOXIDABLE DE 100 O 250 ML.	1
513.790.0014	RINÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 250 O 500 ML.	1
537.605.0190	MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A 260 GR.	1
535.859.1286	TIJERA IRIS, CURVA, LONGITUD 12 CM.	1
537.814.3308	SEPARADOR COTTLE CON GANCHO AGUDO, LONGITUD TOTAL DE 140 A 150 MM. 1	1
537.814.8885	SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA CUADRADA DE 6 MM. 2	2
537.702.0720	PINZA.	1
537.702.1752	PINZA DE REDUCCIÓN, CON CIERRE DE CREMALLERA, PICO FINO, LONGITUD 90 MM Y DE 120 MM.	1

[Handwritten signature and initials]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENLÓN 321

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
SET DE SALPINGOCLASIA		
513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X32 CMS.	1
513.790.0014	RINÓN DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.	1
535.701.0098	PINZA DE CAMPO BACKHAUS 130- 140 MM.	6
537.702.4939	PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM.	6
531.702.5944	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	4
535.701.1682	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM	3
535.716.0372	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM.	2
S/C	PINZA FORESTER RECTA ESTRIADA 250 MM	2
535.137.0084	BISTURÍ QUIRÚRGICO. MANGO Nº 4.	1
535.814.6495	SEPARADOR FARABEUF DOBLE PAREJA DE 150-155 MM.	2
535.156.0031	CÁNULA YANKAUER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 Ó 22 CM.	1
535.701.0544	PINZAS DE DISECCIÓN PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1
535.701.1385	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1
535.137.0035	MANGO DE BISTURÍ NO. 3	1
TOTAL DE PIEZAS		32

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio
Certificado de Calidad del Acero Inoxidable

ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima

Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

[Signature]
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

[Signature]
MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

[Signature]
M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 322

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
537.830.1052	SET DE TRAQUEOSTOMIA	
535.701.0742	PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	4
535.701.0833	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	4
535.701.1294	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	6
535.701.2037	PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	4
535.701.0379	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	1
535.814.0480	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 MM.	1
535.859.1070	TIJERA METZENBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	1
535.859.0494	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	1
535.137.0084	BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO Nº 4.	1
537.105.0245	BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO Nº 3 CON ESCALA.	1
535.716.0349	PORTA AGUJA MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 15 CM.	1
535.716.1701	PORTA AGUJA CRILE MURRAY, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	1
535.157.0022	CÁNULA FERGUSON, CALIBRE 10 FR. ANGULADA.	1
535.157.0014	CÁNULA FERGUSON, CALIBRE 8 FR. ANGULADA.	1
535.701.1831	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1
535.701.0544	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1
535.701.1385	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1
535.701.4843	PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110 A 120 MM DE LONGITUD.	1
513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	1
535.156.0031	CÁNULA YANKAUER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	1
537.814.8935	SEPARADOR LABORDE, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1
535.814.6552	SEPARADOR SENN O BABY SENN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS. LONGITUD DE 160 A 170 MM.	2
537.704.1206	PINZA BIPOLAR PARA COAGULACIÓN, DE TITANIO, TIPO BAYONETA, CON PUNTA ROMA DE 1 MM, CON CABLE PARA CONEXIÓN	1
537.814.8703	SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE 10 A 11 MM X 40 MM, LONGITUD DE 210 A 220 MM.	2
537.702.2917	PINZA DE DISECCIÓN MARTIN, CON DIENTES. LONGITUD 130 MM. 2	2
537.814.8497	SEPARADOR JACKSON, UN EXTREMO EN FORMA DE GANCHO AGUDO, OTRO EXTREMO EN FORMA DE VALVA. LONGITUD TOTAL 150 MM	1
537.440.1452	GANCHO JACKSON, PARA TRAQUEOTOMÍA.	1
535.814.6578	SEPARADOR VOLKMANN, DE UN GARFIO AGUDO, LONGITUD DE 200 A 220 MM.	2
537.173.1646	CÁNULA FRAZIER, CON VÁLVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 10 FR DE CALIBRE (3.3 MM).	1
535.156.0031	CANULA YANKAUER CON BOTON DESATORNILLABLE 22.8	1
540 200 675	CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE S/TAPA 310X195X55 MM.	1
535.618.1411	MANGO DE BISTURI NO. 4 CORTO	1

[Handwritten signature and initials]



RENLÓN 323

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	N° DE PIEZAS POR SET
SET DE VASECTOMIA SIN BISTURI		
513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.	1
S/C	PINZA DR. LEE	1
535.701.0924	PINZA DE ANILLOS 18 CMS.	1
S/C535.701.0924	PINZA MICRO MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM	4
535.859.1328	TIJERA IRIS, RECTA, LONGITUD 12 CM.	1
TOTAL DE PIEZAS		8

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio
 Certificado de Calidad del Acero Inoxidable
 ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.
 Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS
 Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra
 Certificado de Materia Prima
 Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORULLO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENGLÓN 324

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
SET DE VENODISECCIÓN		
513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X32 CMS.	1
513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML.	1
535.814.6495	.SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	2
S/C	PINZA DE ANILLOS 18 CMS.	1
535.716.0349	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 15 CM.	1
535.701.0817	PINZA MOSQUITO CURVA 90-100 CMS.	2
535.701.0924	PINZA MOSQUITO RECTA 90-100 CMS.	2
537.702.0796	.PINZA DE REDUCCIÓN, TIPO PINZA DE CAMPO , PUNTA ANCHA, LONGITUD 13.2 CM.	2
537.105.0245	BISTURÍ QUIRÚRGICO. MANGO Nº 3, CON ESCALA.	1
537.173.1166	SONDA ACANALADA DOYEN 14 CM.	1
535.701.9655	PINZA DE DISECCIÓN ADSON CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 150-155 MM.	1
TOTAL DE PIEZAS		15

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio
Certificado de Calidad del Acero Inoxidable

ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra

Certificado de Materia Prima

Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel,
NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENLÓN 325

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	N° DE PIEZAS POR SET
EQUIPO DE CIRUGÍA EXTRAFINA		
513.790.0014	RINÓN DE ACERO INOXIDABLE, DE 250 A 500 ML DE CAPACIDAD.	1
S/C	CONVERSE PORTA-AGUJAS RECTO 12.5 CM	1
537.702.4244	PINZA MICROADSON, CON DIENTES, DE 120 MM.	1
537.702.4251	PINZA MICROADSON, SIN DIENTES, DE 120 MM.	1
535.701.0817	PINZA MICRO MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. SIN DIENTES	6
S/C	TIJERA FINA CURVA DE METZEMBAUM 11.5 CMS.	1
S/C	TIJERAS WAGNER FINAS PARA CIRUGÍA CURVA 12 CM	1
TOTAL DE PIEZAS		12

Certificado de Aseuramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio
Certificado de Calidad del Acero Inoxidable

ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.

Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS

Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra


Certificado de Materia Prima

Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Niquel,
NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ


DRA. ROMÁN GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ


MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ



M.E ALMA CRISTINA BALBASTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**

RENLÓN 326

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	N° DE PIEZAS POR SET
SET DE ATENCIÓN A RECIÉN NACIDO		
535.701.2318	PINZA KELLY,RECTA,CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	1
537.857.1714	TIJERA USA, PARA CORDÓN UMBILICAL, LONGITUD DE 105 MM.	1
TOTAL DE PIEZAS		2

Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio
 Certificado de Calidad del Acero Inoxidable
 ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84.
 Para Fabricante Nacional, Certificado Actualizado de Buenas Prácticas de Fabricación de COFEPRIS
 Certificado de Origen de Fabricación y Mano de Obra
 Certificado de Materia Prima
 Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

ELABORÓ

MASE: MÓNICA ROIZ VEGA
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA

VALIDÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RENLÓN 327

FICHAS TÉCNICAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS POR SET
SET DE VESÍCULA Y VÍAS BILIARES		
535.701.1880	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	2
535.701.1955	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	2
535.701.0098	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	6
535.618.1411	MANGO PARA BISTURÍ DEL NO. 4, CORTO.	2
535.137.0472	BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO LARGO NO. 7.	1
535.859.2672	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	1
535.859.2417	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	1
535.859.4736	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 230 A 235 MM.	1
535.859.4744	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 250 A 260 MM DE LONGITUD.	1
535.859.3985	TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA A 45°, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	1
535.907.0835	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FR, LONGITUD DE 140 A 152 MM.	1
535.701.1385	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1
535.701.0544	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2-DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1
537.702.4194	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.	2
535.701.0874	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	12
535.701.1302	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	6
535.701.1609	PINZA BABCOCK, RECTA, LONGITUD DE 170 A 200 MM.	2
535.701.4371	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	2
535.701.4389	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	6
535.701.4629	PINZA MIXTER, QUIJADAS CURVAS, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	2

[Handwritten signatures]