



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud



SESV  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE OROULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

RENLÓN 146

NOMBRE GENÉRICO:

LICUADORA INDUSTRIAL 3 LITROS

CLAVE S.S.: :5/C

LICITACIÓN NO.

NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304.
2	JUEGO TRIPLE DE CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE.
3	ROMPEOLAS TROQUEADAS QUE EVITA LA ACUMULACION DE RESIDUOS.
4	JUEGO MECANICO DE RETEN PARA MAYOR SELLADO.
5	MOTOR APROXIMADO DE 1/3 HP, 3500 rpm.
6	VASO DE CRISTAL CON CAPACIDAD DE 3 LITROS.
7	ALTURA APROXIMADA: 60 cms.
8	GARANTIA DE 2 AÑOS, QUE INCLUYA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO UNA VEZ AL AÑO, DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
9	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.



DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA**

**RENLÓN 147**

NOMBRE GENÉRICO:

**MANGLE PARA PLANCHADO**

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.


NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CILINDRO DE CALENTAMIENTO TOTALMENTE CROMADO. RODILLO DE SECADO Y PLANCHADO 16"/20" DE DIAMETRO. COMO MÍNIMO Y 150CM DE LARGO.
2	CAPACIDAD DE PLANCHADO DE HASTA 80 KG Ó MÁS, DEPENDIENDO EL TIPO DE ROPA.
3	CALENTAMIENTO A BASE DE GAS O MAYOR TECNOLOGÍA.
4	CONTROL DIGITAL DE LA VELOCIDAD Y TEMPERATURA.
5	SISTEMA PATENTADO "AUTOSPEED" QUE REGULA LA VELOCIDAD DEL MANGLE DEPENDIENDO DE LA HUMEDAD Y TIPO DE TELA QUE SE ESTE PLANCHANDO. OPTIMIZANDO EL CONSUMO DE GAS O MAYOR TECNOLOGÍA.
6	CON DISPOSITIVO DE ENFRIADO Y PARO AUTOMÁTICO.
7	VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 9 MTS/MIN. COMO MINIMO.
8	ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DEL TEXTIL POR LA PARTE FRONTAL.
9	SISTEMA DE ABSORCIÓN DE CALOR EQUIPADO CON CAMPANA EXTRACTORA Y LATERALES PROVISTOS DE AISLANTE TÉRMICO.
10	BARRA DE SEGURIDAD DE PARO AUTOMÁTICO.
11	DOS BOTONES DE SEGURIDAD.
12	MOTOR PARA EL MOVIMIENTO DEL CILINDRO DE 1.48 HP, 120 V, 60 HZ Y 3 FASES O MAYOR TECNOLOGÍA.
13	ENTRADA DE GAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA.
14	MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
15	MANUAL DE SERVICIO.
16	GARANTIA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MINIMA DE 6 MESES.
17	REPORTE DE LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA PARA LAS ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO.
18	ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN EL LUGAR DE DESTINO, EN CASO DE SER NECESARIO LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA (SELLADO DE ÁREA PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y EVITAR AFECTACIONES AL SERVICIO).
19	CAPACITACIÓN AL USUARIO DE TODOS LOS TURNOS DE LA UNIDAD MÉDICA.
20	CERTIFICADO ISO 9001-2000 Ó IMNC-2000 (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) O CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
21	GUÍA MECÁNICA DE INSTALACIÓN (ANEXA PROPUESTA TÉCNICA).

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 148**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>MÁQUINA DE COSER SEMI-INDUSTRIAL</b>	
CLAVE S.S.: <b>S/C</b>	
LICITACION NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MAQUINA DE COSER SEMI ELÉCTRICA.
2	HERRAMIENTA ELECTROMECÁNICA UTILIZADA PARA UNIR TEJIDOS.
3	PARA REALIZAR COSTURAS DE ALTA GAMA Y SON UTILIZADAS PARA TRATAR TELAS MÁS PESADAS O DURAS.
4	VELOCIDAD APROXIMADA: 5000 PPM.
5	LONGITUD DE LA PUNTADA APROXIMADA DE 5 MM.
6	LUBRICACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA.
7	CON MUEBLE DE MADERA DE ACUERDO AL EQUIPO OFERTADO.
8	CORRIENTE ELECTRICA DE 110V A 60HZ.
9	MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
10	MANUAL DE SERVICIO
11	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA DE UNA VEZ AL AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
12	INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL USUARIO EN EL LUGAR DESTINO DEL EQUIPO EN TODOS LOS HORARIOS.
13	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz




DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 149**

NOMBRE GENÉRICO:
<b>MESA PLEGABLE DE PLÁSTICO</b>
CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.
UNIDAD DE MEDIDA:
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MESA PLEGABLE DE PLÁSTICO TIPO PORTAFOLIO
2	DE FÁCIL ARMADO
3	DE PLÁSTICO REFORZADO
4	CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 80KG
5	PASTAS REFORZADAS DE ACERO, CON CUBIERTA ANTICORROSIVA
6	MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM X 75CM X 80CM +/- 5CM
7	GARANTIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
8	CERTIFICADO DE CALIDAD ISO VIGENTE

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 150**

NOMBRE GENÉRICO:	<b>PANTALLA RETRACTIL</b>
CLAVE S.S.: <b>S/C</b>	

LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	PANTALLA DE PARED PARA PROYECCION.
2	MEDIDAS: 2.13 X 2.13 CMS.
3	PANTALLA DE SUPERFICIE CLARA Y FIRME.
4	GARANTIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION.
5	CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTE.



DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORZULLO

**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES**  
**FICHA TÉCNICA**

**RENGLÓN 151**

NOMBRE GENERICO:

PELADOR DE VERDURA

CLAVE S.S.: :S/C

LICITACIÓN NO.


NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CORTADORA DE VERDURAS APROXIMADAMENTE DE: 57 X 23 X 51 CMS.
2	CAPACIDAD DE 5 A 9 KG COMO MINIMO.
3	CONEXIÓN ELÉCTRICA: 110V/60HZ.
4	VELOCIDAD MINIMA 305 RPM
5	MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
6	MANUAL DEL SERVICIO.
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
8	INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO DE TODOS LOS TURNOS EN EL LUGAR DE DESTINO DEL EQUIPO.
9	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
DRA. ROMANA GONZÁLEZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud


**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES**  
**FICHA TÉCNICA**

**RENGLÓN 152**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>REFRIGERADOR DOBLE PUERTA DE CRISTAL</b>	
CLAVE: S/C	
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE ALIMENTOS.
2	CAPACIDAD DE 36 PIES CÚBICOS SIN CONGELADOR.
3	ENFRIAMIENTO DE AIRE RECIRCULANTE FORZADO.
4	CON PARO DE DIFUSOR POR APERTURA DE PUERTA.
5	CHAROLA EVAPORADORA DE LIQUIDOS DE ACERO INOXIDABLE Y/O PLÁSTICO.
6	TEMPERATURA:
6.1	CONTROL MICROPROCESADO DE TEMPERATURA CON DISPLAY DIGITAL DE AL MENOS DOS DÍGITOS
6.2	CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +6 °C COMO INTERVALO DE CONTROL.
7	PUERTA:
7.1	DOS PUERTAS ABATIBLES DE TRIPLE CRISTAL.
7.2	EMPAQUE MAGNÉTICO CON SELLADO HERMÉTICO.
7.3	MECANISMO DE AUTOCIERRE.
8	PISO DE ACERO INOXIDABLE.
9	MANIJA DE PLÁSTICO ABS.
10	PAREDES INYECTADAS CON CICLOPENTANO DE ALTA DENSIDAD.
11	COMPRESOR:
11.1	SILENCIOSO.
11.2	CON CAPACIDAD DE 1/2 DE HP MÍNIMO.
11.3	LIBRE DE MANTENIMIENTO.
11.4	SISTEMA PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO.
11.5	FUNCIONAMIENTO CON GAS REFRIGERANTE R134a.
12	CONDENSADOR:
12.1	DINÁMICO LIBRE DE MANTENIMIENTO.
12.2	CON CAPACIDAD DE ACUERDO A EQUIPO.
13	CON FUNCIONAMIENTO DE CORRIENTE ELÉCTRICA APROXIMADA 120V 11.1A 60Hz.
14	INTERIOR:
14.1	8 PARRILAS MÍNIMAS AJUSTABLES DE ACERO.
14.2	ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ LED.
15	PATAS CON BASE AISLANTE NIVELADORES PARA SUPERFICIES IRREGULARES.
16	EL REFRIGERADOR DEBE PRESENTAR UN ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR, SIN PARTES FILOSAS, REBATAS, SOBRANTES O FANTANTES DE MATERIAL EN EL GABINETE, EN LA PUERTA Y EN LAS PARRILLAS O MAYOR TECNOLOGÍA.
17	MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
18	MANUAL DE SERVICIO.
19	CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO VIGENTES.
20	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA DE CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA.

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES**  
**FICHA TÉCNICA**

**RENGLÓN 153**

NOMBRE GENÉRICO:	<b>REFRIGERADOR VERTICAL 13 PIES</b>
CLAVE S.S.: S/C	

LICITACIÓN NO.	
NO. DE LOTE:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO
1	DE 13 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD.
2	SISTEMA DE AUTOCIERRE DE PUERTA.
3	CON CONGELADOR SIN ESCARCHA.
4	COMPRESOR DE 1/4 HP, ACABADO EN BLANCO.
5	MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
6	GARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN, CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVO CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
7	LIBRE DE CFC.
8	CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO VIGENTES.



DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO:	
SECADORA INDUSTRIAL	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	TÓMBOLA SECADORA CON CAPACIDAD DE HASTA 60 KG O MÁS DE ROPA SECA POR CARGA.
2	CALENTAMIENTO A BASE DE GAS O MAYOR TECNOLOGÍA.
3	CANASTA DE ACCIÓN REVERSIBLE DE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 106 CM DE DIÁMETRO X 115 CM DE FONDO EN ACERO GALVANIZADO. CON PERFORACIONES EN EXTRUSIÓN ESPECIAL PARA EVITAR DETERIORO DE PRENDAS.
4	PROGRAMACIÓN POR MICROPROCESADOR, PARA SELECCIÓN DE CICLOS EN FUNCIÓN DE TIPO DE TELA Y TEMPERATURA DESEADA.
5	SEÑAL LUMINOSA INDICADORA DE ENCENDIDO.
6	SISTEMA DE IGNICIÓN AUTOMÁTICO PARA OPTIMIZAR EL CONSUMO DE GAS. O MAYOR TECNOLOGÍA
7	PUERTA DE 70 CM DE DIÁMETRO CON CRISTAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS.
8	GABINETE EN LÁMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA EVITAR CORROSIÓN.
9	TRAMPA DE PELUSA DE FÁCIL LIMPIEZA DE TIPO CAJÓN.
10	CAPACIDAD CALORÍFICA MÍNIMA DE 120,000 KCAL/HR.
11	VENTILADOR CON DESPLAZAMIENTO DE 21.2 M3/MIN ( 750 C.F.M ).
12	MOTOR PARA EL MOVIMIENTO DE LA CANASTA DE 3 H.P, 220 VOLTIOS, 6A CICLOS, 3 FASES. O MAYOR TECNOLOGÍA
13	MOTOR PARA EL MOVIMIENTO DEL VENTILADOR DE 0.75 H.P, 220 VOLTIOS, 60 CICLOS, 3 FASES.
14	ENTRADA DE GAS DE 25 MM ( 1" ) OPERADA POR MEDIO DE VÁLVULA SOLENOIDE
15	SALIDA PARA EL DUCTO DE EXTRACCIÓN DE 305 MM ( 12" ) DE DIÁMETRO.
16	ALTURA MÍNIMA: 2,200 MM
17	PROFUNDIDAD MÍNIMA: 1,700 MM
18	ANCHO MÍNIMO: 1200 MM
19	APERTURA DE LA PUERTA: 700 MM DE DIÁMETRO
20	MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL.
21	GUÍA MECANICA DE INSTALACIÓN (ANEXA A PROPUESTA TECNICA)
22	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA DE CADA 6 MESES.
23	INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL USUARIO EN EL LUGAR DE DESTINO DEL EQUIPO.
24	ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN EL LUGAR DE DESTINO, EN CASO DE SER NECESARIO LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA (SELLADO DE ÁREA PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y EVITAR AFECTACIONES AL SERVICIO).
25	CAPACITACIÓN AL USUARIO DE TODOS LOS TURNOS DE LA UNIDAD MÉDICA.
26	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA DE CADA 6 MESES DURANTE EL PERÍODO DE LA GARANTÍA.

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**RENGLÓN 155**

**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES**  
**FICHA TÉCNICA**

NOMBRE GENÉRICO:

**TRITURADOR DE BASURA DE ALIMENTOS**

CLAVE S.S.: **S/C**

LICITACIÓN N°:


UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

**PÁGINA 1 DE 1**

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	DISPOSITIVO PARA EL MANEJO DE DESPERDICIOS DE ALIMENTOS.PARA INSTALARSE EN EL ÁREA DE COCINA.
2	PERMITA LA INSTALACIÓN DEBAJO DEL FREGADERO.
3	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CON MATERIALES QUE NO PERMITAN LA CORROCIÓN.
4	CON UNA POTENCIA MINIMA DE 3/4 HP
5	ACTIVACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA
6	PERMITA LA ELIMINICACIÓN CONTINUA DE ALIMANENTOS
7	MOTOR SILENCIOSO, CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA.
8	IMPULSORES GIRATORIOS.
11	QUE INCLUYA CONECTORES DE TOMA COMPATIBLES CON EL EQUIPO.
12	CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60Hz.
13	MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
14	INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA EN EL LUGAR DE DESTINO.
15	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA CADA AÑO DURANTE EL PERIDODO DE LA GARANTÍA.
15	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud


SESERVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

RENLÓN 156


NOMBRE GENÉRICO:	
<b>ALBERCA CHICA DE PELOTAS</b>	
CLAVE S.S.: <b>S/C</b>	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ALBERCA PARA PELOTTAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y TERAPIA SENSORIAL.
2	FABRICADA HULE ESPUMA EXTRA FIRME: NO SE DOBLA SI LO PISAS (POLIURETANO DE HULE ESPUMA).
3	MEDIDAS: 130x130x35 CMS.
4	LA ALBERCA SE PUEDE SEPARAR EN 5 PIEZAS, LOS CUATRO LADOS SE PUEDEN USAR COMO ESCALONES O VIGAS DE EQUILIBRIO Y CON COLCHONETA EN LA BASE QUE SE PUEDA USAR POR SEPARADO.
5	COSTURAS VISIBLES.
6	FORRADO EN VINIL DE PRIMERA, DE DIVERSOS COLORES.
7	LAVABLE E IMPERMEABLE.
8	APLICACIÓN RETARDANTE A LA FLAMA
9	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
	<b>NORMAS – CERTIFICADOS:</b>
10	CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTE

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO  
FICHA TÉCNICA

RENLÓN 157

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>BANCA TANDEM 3 LUGARES</b>	
CLAVE S.S.: <b>519.104.0053</b>	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PAGINA 1 DE 1	
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	BANCA TANDEM 3 LUGARES 149 X 57 X 68 CMS.
1	ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO LISO COLOR CREMA.
2	CON CUATRO PUNTOS DE APOYO PARA SUJECCIÓN INTEGRADOS AL ASIENTO.
3	PATAS DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 63 X 63 MM. DE ESPESOR, ACABADO CROMADO, UNIDOS AL SOPORTE HORIZONTAL.
4	SOPORTE HORIZONTAL RECTANGULAR DE 38 X 100 MM. DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 16.
5	ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO MATE CON PATAS EN LOS EXTREMOS DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO SUJETAS CON REMACHE TIPO POP.
6	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
7	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 158**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>BANCA TANDEM 4 LUGARES</b>	
CLAVE S.S.: <b>519.104.0103</b>	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	BANCA TANDEM 4 LUGARES.
2	ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE ACERO INOXIDABLE.
3	CON CUATRO PUNTOS DE APOYO PARA SUJECIÓN INTEGRADOS AL ASIENTO.
4	PATAS DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 63 X 63 MM. DE ESPESOR, ACABADO CROMADO, UNIDOS AL SOPORTE HORIZONTAL.
5	SOPORTE HORIZONTAL RECTANGULAR DE 38 X 100 MM. DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 16.
6	ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO MATE CON PATAS EN LOS EXTREMOS DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO SUJETAS CON REMACHE TIPO POP.
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
8	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
 \_\_\_\_\_  
 DRª. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENGLÓN 159**

NOMBRE GENÉRICO:

**BANCO ALTO PARA TALLER**

CLAVE S.S.: **511.109.0055**

LICITACIÓN NO.


NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ASIENTO DE MADERA DE PINO DE 38 MM (1 1/2") DE ESPESOR; ACABADO BARNIZ NATURAL.
2	PATAS DE TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO DE 19 MM (3/4") CAL. NO. 18; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA O CROMADO.
3	REGATONES FIJOS DE HULE NEGRO.
4	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION.
5	DIMENSIONES: 30 A 35 DE DIAMETRO X 70 CM DE ALTURA.
6	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.



DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESERVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 160**

NOMBRE GENÉRICO:

**BOTE DE CAMPANA GRANDE DE PLÁSTICO 42L**

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.

NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	BOTE DE TAPA CAMPANA PARA BASURA.
2	DE PLÁSTICO COLOR BEIGE.
3	CON REFUERZOS PARA RECIBIR DEPOSITO.
4	DEPOSITO INTERIOR DE APROXIMANAMENTE 42 LITROS.
5	TAPA TIPO CAMPANA.
6	CON BISAGRA TIPO PLANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE.
7	CON EJE DE ABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE BARILLA REDONDA DE ACERO
8	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
	<b>NORMAS – CERTIFICADOS:</b>
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz

**VERA  
CRUZ**  
ME LLENA DE ORGULLO

**RENLÓN 161**

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA


NOMBRE GENÉRICO:  
**BOTE DE CAMPANA MEDIANO**

CLAVE S.S.: 519.132.0059

LICITACIÓN NO.  
UNIDAD DE MEDIDA:  
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20.
2	CON REFUERZOS EN EL PISO PARA RECIBIR DEPOSITO.
3	ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
4	DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA, CALIBRE NO. 20 CON ASIDERAS INTEGRADAS.
5	TAPA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, CON BISAGRA TIPO PLANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE; CON EJE DEABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE VARILLA REDONDA DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
6	ZOCLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, ACABADO PULIDO.
7	TAMAÑO MEDIANO.
8	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES**  
**FICHA TÉCNICA**

**RENLÓN 162**

NOMBRE GENÉRICO:

**BURÓ DOMÉSTICO**

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.


NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CUBIERTA DE MADERA.
2	ESTRUCTURA DE MADERA COLOR NATURAL.
3	CAJÓN Y PUERTA EN MADERA.
4	DIMENSIONES GENERALES APROXIMADA : 40.5 X 39.5 X 90 CM.
5	GARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALCION
6	CERTIFICADO ISO VIGENTE.O CERTIFICADO DE CALIDAD.

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENGLÓN 163**

NOMBRE GENÉRICO:

**CARRO PARA SUPERMERCADO**

CLAVE S.S.: **519.160.0138**

LICITACIÓN NO.


UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ASIENTO PORTA BEBE DE LAMBRON DE ACERO DE 7.9 MM. (5/16") X 6.3 MM. (1/4") X 3.1 MM. (1/8"), ACABADO CROMADO.
2	CUERPO DE CANASTILLA Y RESPALDO DEL PORTA BEBE, FORMADO CON TIRAS DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM. (1/4"), 3.1 MM. (1/8"), 7.9 MM. (5/16") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO
3	ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE Nº 18 DE 22 MM. (7/8") A 25 MM. (1") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.
4	PLACAS LATERALES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 14, ACABADO CROMADO.
5	PARILLA INFERIOR DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM. (1/4") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.
6	RUEDAS FIJAS DE HULE SINTÉTICO NEGRO DE 12.3 MM. (4.7/8") A 124 MM. (5") DE DIÁMETRO POR 32 MM. (1 1/4") DE ANCHO.
7	RUEDAS GIRATORIAS DE HULE SINTÉTICO NEGRO DE 12.3 MM. (4.7/8") A 124 MM. (5") DE DIÁMETRO POR 32 MM. (1 1/4") DE ANCHO.
8	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
BRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



REGLÓN 164

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>CARRO TRANSPORTE DE ROPA HÚMEDA CAPACIDAD 100KG</b>	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	CONTENEDOR CON RUEDAS DE GRAN CAPACIDAD PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HÚMEDA.
1	CAPACIDAD EN VOLUMEN Y SOPORTE DE 100KG COMO MÍNIMO.
2	MATERIAL DE FABRICACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O MAYOR TECNOLOGÍA.
3	PROCESO DE MOLDEO POR INYECCIÓN.
4	CON CUATRO RUEDAS REFORZADAS QUE PERMITAN UN FÁCIL DESPLAZAMIENTO.
5	ASAS ERGONÓMICAS PARA FÁCIL AGARRE.
6	CON BORDES REDONDEADOS.
7	DE FÁCIL LIMPIEZA.
8	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
9	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud


**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 165**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>CASILLERO TRIPLE</b>	
CLAVE S.S.: <b>S/C</b>	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PAGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	COSTADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 24, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA O GRIS.
2	DOS GANCHOS POR COMPARTIMIENTO.
3	BASE PARA LOCKER RESISTENTE, SOPORTE 50KG COMO MÍNIMO.
4	PUERTA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA O GRIS.
5	CON DOS VENTILAS DE CUATRO RANURAS POR COMPARTIMIENTO.
6	CERRADURA INDIVIDUAL.
7	PORTACANDADO Y PORTAETIQUETA.
8	TAPA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 24, ACABADO COLOR ARENA O GRIS.
9	DIMENSIONES GENERALES: 30 X 30 X 180 CMS.
10	MANUALES EN ESPAÑOL.
11	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
12	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVIER  
Servicios de Salud  
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 166

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>CONTENEDOR DE BASURA CON RUEDAS</b>	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PAGINA 1 DE 1	
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	CONTENEDOR DE BASURA CON RUEDAS PARA FACIL TRANSPORTE DENTRO Y FUERA DEL HOSPITAL.
1	CAPACIDAD DE 135 LITROS COMO MÍNIMO.
2	MATERIAL DE FABRICACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O MAYOR TECNOLOGÍA.
3	PROCESO DE MOLDEO POR INYECCIÓN.
4	CON TAPA DE FÁCIL APERTURA.
5	CON DOS RUEDAS RESISTENTES QUE NO SOBRESALGAN DEL CUERPO DEL CONTENEDOR.
6	ASAS ERGONÓMICAS PARA FÁCIL AGARRE.
7	DE FÁCIL LIMPIEZA.
8	TERMINADOS LISOS Y REDONDEADOS.
9	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
10	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESYER  
Servicio de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

RENLÓN 167

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>CONTENEDOR DE BASURA MUNICIPAL</b>	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	CONTENEDOR PARA LA RECOLECCIÓN DE TODO TIPO DE BASURA.
1	CAPACIDAD MÍNIMA DE 600 LITROS.
2	FABRICADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O MAYOR TECNOLOGÍA.
3	RESISTENTE A RAYOS UV.
4	RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS DESDE -20° A 40°c COMO MÍNIMO.
5	RESISTENTE A REACTIVOS QUÍMICOS.
6	FÁCIL DE LAVAR.
7	CON 4 RUEDAS DE CAUCHO MACIZAS DE ALTA DURABILIDAD.
8	ASAS PARA SU FÁCIL MANIPULACIÓN.
9	PARTES METÁLICAS RESISTENTES A LA CORROSIÓN.
10	TAPA DE FÁCIL LEVANTAMIENTO.
11	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
12	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
 DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz




**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES**  
**FICHA TÉCNICA**

**RENLÓN 168**

NOMBRE GENÉRICO:
<b>ESCALERA DE 3 PELDAÑOS</b>
CLAVE S.S.: <b>519.315.0017</b>

LICITACIÓN NO.
UNIDAD DE MEDIDA:
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	ESCALERA DE 3 PELDAÑOS.
1	60 CM DE ANCHO DE LA ESCALERA COMO MÁXIMO.
2	CUATRO PUNTOS DE SOPORTE CON GOMA ANTIDERRAPANTE, FIJACIÓN FIRME O SIMILAR.
3	ESCALONES PLANOS DE ALUMINIO.
4	SOPORTE 100 KG COMO MÍNIMO.
5	PORTACUBETAS PLEGABLE
6	ANTIDERRAPANTE CON PATRÓN EN CADA ESCALÓN O MAYOR TECNOLOGÍA.
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).



DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO  
FICHA TÉCNICA

RENLÓN 169

NOMBRE GENÉRICO:

KIT DE COCINA

CLAVE S.S.: S/C

LICITACION NO.

NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 3

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	(4 PIEZAS) OLLA ALTA RECTA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 80 LITROS
2	(4 PIEZAS) OLLA ALTA RECTA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 60 LITROS
3	(4 PIEZAS) OLLA ALTA RECTA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 50 LITROS
4	(4 PIEZAS) OLLA ALTA RECTA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 10 LITROS
5	(2 PIEZAS) OLLA ALTA EXPRESS DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 15 LITROS
6	(2 PIEZAS) OLLA ALTA EXPRESS DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 21 LITROS
7	(5 PIEZAS) SARTENE DE ACERO INOXIDABLE DE 26CM CAP 2.5 LITROS, SIN TAPA.
8	(4 PIEZAS) SARTENE DE 30CM CON TEFLÓN (4 PIEZAS) SARTENE DE 15CM CON TEFLÓN
9	(4 PIEZAS) SARTENE DE ACERO INOXIDABLE DE 30CM
10	(3 PIEZAS) CASO FREÍDOR DE ACERO INOXIDABLE DE 4.5 LITROS
11	(4 PIEZAS) BUDINERA OLLA DE ACERPO INOXIDABLE DE 50 LITROS (4 PIEZAS) BUDINERA OLLA DE ACERPO INOXIDABLE DE 20 LITROS
12	(6 PIEZAS) BUDINERA OLLA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 LITROS
13	(3 PIEZAS) VAPORERA DE ALUMINIO DE 60 LITROS
14	(3 PIEZAS) VAPORERA DE ALUMINIO DE 20 LITROS
15	(5 PIEZAS) CAZO CÓNICO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 LITROS
16	(3 PIEZAS) CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE DE 10 LITROS
17	(3 PIEZAS) CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS
18	(2 PIEZAS) CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 LITROS
19	(4 PIEZAS) HERVIDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5L
20	(3 PIEZAS) ESCURRIDOR DE ALIMENTOS DE ACERO INOXIDABLE DE 30CM
21	(6 PIEZAS) CHAROLA CON TAPA TIPO BUDINERA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE
22	(25 PIEZAS) CUCHARAS DE SERVICIO DE ACERO INOXIDABLE
23	(4 PIEZAS) CUCHARAS SERVIDORE DE PASTA RANURADO DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLASTICO
24	(3 PIEZAS) PINZAS PARA CARNE DE ACERO INOXIDABLE
25	(3 PIEZAS) CONTENEDOR PARA GUA DE PLASTICO OCN DISPENSADOR DE 20 LITROS
26	(120 PIEZAS) CHAROLA DE SERVICIO DE MELAMINA
27	(8 PIEZAS) CUCHARON GRANDE DE ACERO INOXIDABLE
28	(3 PIEZAS) CUCHILLO PELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLASTICO
29	(4 PIEZAS) CUCHILLO FILETERO DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLASTICO
30	(4 PIEZAS) CUCHILLO DE PAN DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLASTICO
31	(4 PIEZAS) CUCHILLO CEBOLLERO DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLASTICO
32	(4 PIEZAS) CUCHILLO MONDADOR O PUNTILLA DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLASTICO
33	(5 PIEZAS) ESCURRIDOR DE VERDURAS DE ACERO INOXIDABLE MINIMO 30CM
34	(10 PIEZAS) CONTENEDOR TRANSPARENTE CON TAPA DE POLICARBONATO DE 53X32X15 CM





DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO  
FICHA TÉCNICA

RENLÓN 169

NOMBRE GENÉRICO:

KIT DE COCINA

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.

NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 2 DE 3

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

35	(120 PIEZAS) VASO DE POLICARBONATO DE 150ML
36	(120 PIEZAS) PLATO HONDO DE MELAMINA
37	(120 PIEZAS) PLATO EXTENDIDO DE MELAMINA
38	(120 PIEZAS) PLATO PARA FRUTA DE MELAMINA DE 300ML APROXIMADAMENTE
39	(120 PIEZAS) CUCHARA SOPERA DE ACERO INOXIDABLE
40	(120 PIEZAS) TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE
41	(120 PIEZAS) CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE
42	(120 PIEZAS) CUCHARA CAFETERA DE ACERO
43	(3 PIEZAS) TAZA MEDIDORA DE POLICARBONATO DE 250ML
44	(3 PIEZAS) TAZA MEDIDORA DE POLICARBONATO DE 500ML
45	(3 PIEZAS) TAZA MEDIDORA DE POLICARBONATO DE 1 LITRO
46	(10 PIEZAS) CONTENEDOR CUADRADO PARA ALIMENTOS DE POLICARBONATO DE 2 LITROS
47	(120 PIEZAS) CHAROLA PARA ALIMENTOS CON 6 DIVISIONES Y TAPA DE COPOLIMERO
48	(120 PIEZAS) TAZON DE MELAMINA DE 250 ML
49	(10 PIEZAS) JARRA DE PLÁSTICO DE 2 LITROS
50	(10 PIEZAS) JARRA DE PLÁSTICO DE 1 LITRO
51	(4 PIEZAS) RALLADOR DE QUESO DE ACERO INOXIDABLE
52	(4 PIEZAS) PELADOR DE PAPA DE ACERO INOXIDABLE
53	(2 PIEZAS) CANASTILLA PARA FREIR DE ACERO INOXIDABLE (PARA CAZO FREIDOR DE 4.5 LTS)
54	(8 PIEZAS) ESPATULA VOLTEADOR RANURADO DE ACERO INOXIDABLE
55	(8 PIEZAS) ESPATULA VOLTEADOR LISA DE ACERO INOXIDABLE
56	(120 PIEZAS) TAZA CAFETERA DE MELAMINA DE 250 ML
57	(4 PIEZAS) TIJERAS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE
58	(6 PIEZAS) RECIPIENTE CON TAPA HERMETICA DE PLASTICO DE 2 LITROS
59	(2 PIEZAS) RECIPIENTE CON TAPA HERMETICA DE PLASTICO DE 5 LITROS
60	(10 PIEZAS) CAJAS PARA ALMACENAR ALIMENTOS EN REFRIGERACION DE POLICARBONADO DE 18X12X9 CM CON TAPA
61	(5 PIEZAS) TABLA PARA PIZAR DE ACRÍLICO DE 30X45X1 CM
62	(2 PIEZAS) CHAROLA LEVANTA MUERTOS DE PLASTICO DE 20XSX7 CM
63	(2 PIEZAS) CHAROLA LEVANTA MUERTOS DE PLASTICO DE 20XSX5 CM
64	(8 PIEZAS) CHAROLA PANADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 60X40X5 CM
65	(4 PIEZAS) BASCULA GRAMERA DIGITAL PARA COCINA
66	(2 KITS) DE CUCHARA MEDIDORA
67	(20 PIEZAS) BOTE GUARDAESPECIEROS CON TAPA DE 4 LTS
68	(10 PIEZAS) BOTE DE PLÁSTICO CON TAPA DE 20 LTS
69	(10 PIEZAS) BOTE DE PLÁSTICO CON TAPA DE 5 LTS
70	(1 PIEZA) ESTANTE ESPECIERO ORGANIZADOR



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO  
FICHA TÉCNICA


RENLÓN 169

NOMBRE GENÉRICO:
<b>KIT DE COCINA</b>
CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.
NO. DE LOTE:
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 3 DE 3

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
71	(2 PIEZAS) ABRELATA INDUSTRIAL
72	(3 PIEZAS) AZUCARERA DE CRISTAL, CON TAPA DE ACERO INOX. N° 110
73	(2 PIEZAS) CESTOS DE POLIPROPILENO PARA ESCURRIR TAZAS, TAMAÑO COMPLETO, 20 COMPARTIMENTOS, 11.1 X 8.9 cm POR COMPARTIMENTO, PARA TAZAS DE ALTURA MÁXIMA DE 10.8 cm, PAREDES LATERALES CERRADAS, COMPARTIMENTOS INTERIORES ABIERTOS, ALTURA DE CESTA DE EXTENSIÓN 14.3 cm.
74	(2 PIEZAS ) CESTOS DE POLIPROPILENO , TAMAÑO COMPLETO, PARA ESCURRIR PLATOS DE 22.9 cm A 26 cm, CAPACIDAD 20 PLATOS, PAREDES LATERALES CERRADAS, COMPARTIMENTOS INTERIORES ABIERTOS, ALTURA DE CESTA DE EXTENSIÓN 30.8 cm.
75	( 2 PIEZAS) CESTOS DE POLIPROPILENO PARA ESCURRIR VASOS, TAMAÑO COMPLETO, 25 COMPARTIMENTOS, PARA VASOS DE 8.9 cm DE DIÁMETRO MÁXIMO Y ALTURA MÁXIMA DE 11.4 cm, PAREDES LATERALES CERRADAS, COMPARTIMENTOS INTERIORES ABIERTOS, ALTURA DE CESTA DE EXTENSIÓN 14.3 cm.
76	(15 PIEZAS) CHAROLA DE POLICARBONATO CON CINCO DIVISIONES, COLOR BEIGE, 27.2 X 35.2 X 2.9 cm (PARA PACIENTES PEDIATRICO).
77	( 3 PIEZAS) EXPRIMIDOR MANUAL DE CÍTRICOS, CON ACCESORIOS, MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE.
78	(2 PIEZAS)LIMA PARA AFILAR CUCHILLOS
79	( 1 PIEZA) OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA, 10.8 LITROS, APROXIMADAMENTE
80	( 1 PIEZA) OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA, 13.6 LITROS APROXIMADAMENTE
81	( 2 PIEZAS) CAFETERA ELÉCTRICA DE 8 LITROS, ACERO INOXIDABLE.
82	GARANTÍA DE DOS AÑOS EN CADA ELEMENTO DEL KIT A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
83	CERTIFICADO ISO9001-2000 VIGENTE POR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL KIT

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORBULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO  
FICHA TÉCNICA

**RENGLÓN 170**

NOMBRE GENÉRICO:	<b>MESA DE TRABAJO INFANTIL</b>
CLAVE S.S.: S/C	

LICITACIÓN NO.	
NO. DE LOTE:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MESA DE TRABAJO REDONDA, ELABORADA EN MADERA DE PINO, TERMINADA EN COLOR NATURAL.
2	MEDIDAS DE 50 CMS DE ALTO X 90 CMS DE DIÁMETRO.
3	INCLUYE: 2 SILLAS ELABORADAS EN MADERA DE PINO Y TERMINADAS EN COLOR NATURAL. MEDIDAS 35 CMS AL ASIENTO X 55 CMS DE ALTO TOTAL
4	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE SU ENTREGA
5	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE



DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA


RENGLÓN 171

NOMBRE GENÉRICO:
<b>MESA DE TRABAJO PARA TALLER</b>
CLAVE S.S.: <b>519.630.5055</b>

LICITACIÓN NO.
UNIDAD DE MEDIDA:
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	<b>CUBIERTA Y ENTREPAÑO:</b>
1	DE TABLON DE MADERA DE PINO DE PRIMERA.
2	MACHIMBRADA DE 38 MM. (1 1/2") DE ESPESOR.
3	ACABADO NATURAL.
4	ESTRUCTURA DE ÁNGULO DE ACERO DE 50 X 50 X 3 MM. (2" X 2" X 1/8").
5	ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
6	MEDIDAS 180 X 70 CMS.
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTE.

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud


**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO**  
**FICHA TÉCNICA**

**RENLÓN 172**

NOMBRE GENERICO:	
<b>MESA PARA COMEDOR 4 SILLAS</b>	
CLAVE S.S.: <b>517.609.0156</b>	
LICITACIÓN NO.	
NO. DE LOTE:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18; ACABADO CROMADO.
2	CUBIERTA DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 19 MM. (3/4 ") DE ESPESOR RECUBIERTA EN SUS DOS CARAS: EN LA INFERIOR DE MADERA AGLOMERADA DE 3 MM. ; ACABADO BARNIZ NATURAL Y EN LA SUPERIOR CON MADERA CONTRACHAPEADA DE PINO DE 1a. DE 3 MM.; ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR BLANCO BRILLANTE CUBIERTA Y CANTOS.
3	REGATON DE ALTURA AJUSTABLE.
4	TUBO COLUMNA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 16 MÍNIMO DE 50 MM. (2"); ACABADO CROMADO.
5	DIMENSIONES GENERALES: 90 X 90 X 76 CM.
6	QUE INCLUYA 4 SILLAS.
7	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
	<b>NORMAS – CERTIFICADOS:</b>
8	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE.

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz




ME LLENA DE OROULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 173

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>SILLÓN CONFORTABLE DOS LUGARES</b>	
CLAVE : S.S.:S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ASIEN TO DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA DE 12.7 MM DE ESPESOR.
2	ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 20 MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR.
3	AGLOMERADO DE 50 MM DE ESPESOR EN LA PARTE INFERIOR, FORRADO DE VINILO TIPO PIEL, COLOR NEGRO.
4	DESCANSABRAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, FORRADO CON VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO.
5	PATAS DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25.4 (1"), ACABADO CROMADO.
6	RESPALDO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA.
7	DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA DE 9.5 MM (3/8") DE ESPESOR.
8	ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR EN LA PARTE FRONTAL.
9	AGLUTINADO DE 31 MM (1 1/4") DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR.
10	FORRADO CON VINILO TIPO PIEL, COLOR NEGRO.
11	REGATON FIJO COLOR NEGRO.
12	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
13	CERTIFICADO ISO 901 VIGENTE.
14	DIMENSIONES: 150 X 80 X 80 CMS.

  
 DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud



ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA


RENGLÓN 174

NOMBRE GENÉRICO:  
**SILLÓN CONFORTABLE TRES LUGARES**  
CLAVE :S.S.: 519.623.0022

LICITACIÓN NO.  
UNIDAD DE MEDIDA:  
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ASIENTO DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA DE 12.7 MM DE ESPESOR.
2	ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 20 MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR.
3	AGLOMERADO DE 50 MM DE ESPESOR EN LA PARTE INFERIOR, FORRADO DE VINILO TIPO PIEL, COLOR NEGRO.
4	DESCANSABRAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, FORRADO CON VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO.
5	PATAS DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25.4 (1"), ACABADO CROMADO.
6	RESPALDO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA.
7	DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA DE 9.5 MM (3/8") DE ESPESOR.
8	ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR EN LA PARTE FRONTAL.
9	AGLUTINADO DE 31 MM (1 1/4") DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR.
10	FORRADO CON VINILO TIPO PIEL, COLOR NEGRO.
11	REGATON FIJO COLOR NEGRO.
12	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
13	CERTIFICADO ISO 901 VIGENTE.
14	DIMENSIONES: 210 X 80 X 80 CMS.

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLD  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**REGLÓN 175**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>SILLON REPOSET</b>	
CLAVE S.S.: <b>S/C</b>	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	SILLON RECLINABLE TIPO REPOSET.
2	ACABADO VINIL TIPO PIEL.
3	1.03 M DE ALTO X 96 CM DE ANCHO X 75 CM DE PROFUNDIDAD.
4	CON PALANCA PARA RECLINAR Y DESCANZA BRAZOS.
5	CON TABURETE INTEGRADO.
6	DOS AÑOS DE GARANTÍA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
7	CERTIFICADO ISO VIGENTE.

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE GORULLO

RENGLÓN 176

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO:

ANAQUEL DE 90 CM PARA OLLAS

CLAVE S.S.: 517.063.0106

LICITACIÓN NO.


UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ENTREPAÑOS EN FORMA DE CANAL DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 TIPO MARIMBA, ACABADO PULIDO.
2	PERFIL DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE; CALIBRE NO. 16 EN FORMA DE CANAL; ACABADO PULIDO.
3	POSTES DE ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16; SOLDADO A ENTREPAÑOS; ACABADO PULIDO.
4	REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM ( 1 1/4") DE DIAMETRO, CON 50 MM ( MÍNIMO) DE CARRERA PARA AJUSTE DE ALTURA CON COPLÉ DE 25 MM ( MÍNIMO) DE ACERO INOXIDABLE.
5	DIMENSIONES GENERALES: 90 X 60 180 CM.
6	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
7	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

RENLÓN 177

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS</b>	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90° SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO 25.4 MM. REFORZADOS CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, DEBEN LLEVAR PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILLOS DE 6.3 MM (1/4") DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE, EN LOS FRENTES Y COSTADOS; ACABADO PULIDO.
2	POSTES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 14 EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 14 ATORNILLADA O DOBLADA O SOLDADA; ACABADO PULIDO.
3	REFUERZOS DE CARTABÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18, CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACBADO PULIDO.
4	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 X 12.7 MM. CON TUERCA DE ACERO INOXIDABLE, ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA; ACABADO PULIDO.
5	DIMENSIONES: 91 X 45 X 220 CMS.
6	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
7	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA






DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 178**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>ANAQUEL PARA PAQUETES PRE-ESTERILIZACIÓN</b>	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20 CON DOBLECES CON DOBLECES EN LASCRILLAS A 90° SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO 25.4 MM. REFORZADOS CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, DEBEN LLEVAR PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILLOS DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE, EN LOS FRENTE Y COSTADOS; ACABADO PULIDO.
2	POSTES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 14 EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 14 ATORNILLADA O DOBLADA O SOLDADA; ACABADO PULIDO.
3	REFUERZOS DE CARTABON DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18, CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACBADO PULIDO.
4	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 X 12.7 MM CON TUERCA DE ACERO INOXIDABLE, ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA; ACABADO PULIDO.
5	DIMENSIONES: 91 X 45 X 220 CMS.
6	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
7	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
 DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA**

**RENGLÓN 179**

NOMBRE GENÉRICO:

**BARRA DE BAÑO MARIA CON REPISAS DE SERVICIO**

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.


UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	BAÑO MARIA CON REPISAS PARA EL SERVICIO DE COCINA DE FABRICACIÓN ESPECIAL.
2	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUBIERTO AL FRENTE, COSTADOS Y PISO.
3	INCLUYA NIPLE DE DESCARGA, NIBELADORES, VÁLVULAS Y NIVELADORES PROFERIONALES, ANTIESTORNUDOS.
4	CONTEGA DIVISIONES.
5	ERGONÓMICA.
7	CANASTA DE ALUMINIO.
9	MANUALES EN ESPAÑOL.
10	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN
11	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE



DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 180**

NOMBRE GENERICO:

**CAMPANA DE EXTRACCIÓN**

CLAVE S.S.: 517.214.1060

LICITACIÓN NO.

UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO
2	DE MATERIAL NO POROSO E INCOMBUSTIBLE
3	QUE INCLUYA COLECTOR DE FILTROS Y FILTROS DE HUMOS
4	DIMENSIONES GENERALES: DE OBRA DE ACUERDO A PROYECTO, SE REQUIERE VISITA
5	QUE INCLUYA SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
6	INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION POR PARTE DEL PROVEEDOR
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN . CON MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA
8	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).
9	CORRIENTE ELECTRICA 110V 60Hz
10	ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN EL LUGAR DE DESTINO, EN CASO DE SER NECESARIO LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA (SELLADO DE ÁREA PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y EVITAR AFECTACIONES AL SERVICIO).
11	CAPACITACIÓN AL USUARIO DE TODOS LOS TURNOS DE LA UNIDAD MÉDICA.
12	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA DE CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA.

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENGLÓN 181**


NOMBRE GENÉRICO:  
**CESTO ACERO INOXIDABLE**

CLAVE S.S.: **S/C**

LICITACION NO.  
UNIDAD DE MEDIDA:  
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 22, ACABADO PULIDO.
2	FONDO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 22, ACABADO PULIDO.
3	BORDE SUPERIOR PERIMETRAL PASADO DE ESCUADRA Y APLASTADO.
4	DIMENSIONES GENERALES: 32 X 18 CMS.
5	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN .
6	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).



DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 182**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM ACERO INOXIDABLE</b>	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	BASE DE TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 18 DE 32 X 32 MM. (1 1/4" X 1 1/4").
2	CON MARCO DE ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 32 X 32 MM. (1 1/4" X 1 1/4") X 3 MM. (1/8") DE ESPESOR.
3	ACABADO PULIDO.
4	CUERPO, LATERALES, RESPALDO Y ENTREPAÑOS CON REFUERZOS DESMONTABLES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 20, ACABADO PULIDO.
5	PUERTAS DE PERFIL DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 20 ACABADO PULIDO.
6	CON VIDRIO DE 8 MM. DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BANQUETA DESMONTABLE.
7	CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN PUERTAS Y PÁSADORES.
8	REGATON DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM. (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
9	DIMENSIONES: 90 CM ANCHO X 45 CM DE PROFUNDIDAD X 205 CM DE ALTO.
10	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
11	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV , CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS)

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 183**


NOMBRE GENÉRICO:
<b>MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA CENTRAL</b>
CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.
UNIDAD DE MEDIDA:
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 16 TIPO AISI-B14, CON RESPALDO Y FREGADERO DE 40 X 45 X 19 MM Y BORDE PERIMETRAL ACABADO PULIDO.
2	ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 X 32 MM ( 11/4 " X 11/4 " ) ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3	LÁMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN COLOR ARENA.
4	RECUBRIMIENTO ( TIPO APCOSEAL O SIMILAR ) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO
5	CON CAJONERA CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE
6	REFUERZO DE LÁMINA GALVANIZADA EN FORMA DE CANAL.
7	REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM ( 1 " ) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
8	DIMENSIONES: 180 X 70 X 90 CM.
9	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
10	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORBULLO


DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 184**

NOMBRE GENÉRICO:  
**MESA ALTA DE 180 CM DE ACERO INOXIDABLE**  
CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.  
UNIDAD DE MEDIDA:  
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MESA ALTA DE ACERO INOXIDABLE APRA LABORATORIO
2	CUBIERTA LISA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. 16, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
3	ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 32x32 MM (1 1/4x 1 1/4") ACABADO EN PULIDO.
4	BASE DE LAS PATAS DE MATERIAL ANTICORROSIVO Y AJUSTABLE TIPO ROSCA
5	LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 20, ACABADO PULIDO.
6	DIMENSIONES: 180x70x90 CM.
7	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	NORMAS - CERTIFICADOS:
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó ISO 9001-200, TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**RENGLÓN 185**

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES

FICHA TECNICA

NOMBRE GENÉRICO:

**MESA BAJA DE 120 CM DE ACERO INOXIDABLE**

CLAVE S.S.: S/C


LICITACIÓN NO.

UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MESA BAJA DE ACERO INOXIDABLE APRA LABORATORIO
2	CUBIERTA LISA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. 16, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
3	ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 32x32 MM (1 1/4x 1 1/4") ACABADO EN PULIDO.
4	LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 20, ACABADO PULIDO.
5	DIMENSIONES: 120x70x90 CM.
6	BASE DE LAS PATAS DE MATERIAL ANTICORROSIVO Y AJUSTABLE TIPO ROSCA
7	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE.
8	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESV**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA


**RENLÓN 186**

NOMBRE GENÉRICO:  
**MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA**

CLAVE S.S.: **S/C**

LICITACIÓN NO.  
UNIDAD DE MEDIDA:  
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CUBIERTA LISA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. NO. 16; ACABADO PULIDO.
2	ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. NO. 18 DE 32 X 32 MM ( 11/4" X 11/4" ); ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3	REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM ( 1" ) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
4	CON REPISA INTERMEDIA
5	TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. NO. 18 DE 13 X 13 MM ( 1/2" X 1/2" ) Y CHAROLAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. NO. 18, ACABADO PULIDO.
6	DIMENSIONES APROXIMADAS: 180 X 110 X 90 CM.
7	NOTA: TOLERANCIA DE LA DIMENSIÓN GENERAL +/- 1.0 CM.
8	GARANTÍA DE DOS AÑOS, A PARTIR DE LA ENTREGA EN LA UNIDAD DE DESTINO.
9	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESV**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES**  
**FICHA TÉCNICA**

**RENLÓN 187**

NOMBRE GENÉRICO:

**MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE**

CLAVE S.S.: S/C


LICITACIÓN NO.

UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM , CALIBRE NO. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.
2	CUBIERTA LISA Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 ; ACABADO PULIDO.
3	ENTREPAÑOS DE LÁMINA ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18 , ACABADO PULIDO.
4	ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 36 MM ( 1 1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
5	RECUBRIMIENTO ( TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
6	REFUERZOS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 32 MM ( 1 1/4") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
7	REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM ( 1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
8	DIMENSIONES GENERALES APROXIMADAS: 120 X 70 X 90 CM.
9	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
10	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES**  
**FICHA TÉCNICA**

**RENLÓN 188**

NOMBRE GENÉRICO:

**MESA LISA DE 150 CM ACERO INOXIDABLE**

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.


UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 , CALIBRE NO. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.
2	CUBIERTA LISA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE. NO 16 DE ACABADO PULIDO.
3	ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE. NO. 16 ACABADO PULIDO.
4	ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 38 MM ( 1 1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
5	RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA.
6	REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE. NO. 16 DE 32 MM ( 1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
7	REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM ( 1 1 /4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
8	DIMENSIONES GENERALES 150 X 70 X 90 CMS.
9	GARANTIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
10	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

RENLÓN 189

NOMBRE GENÉRICO:

MESA LISA DE 180 CM DE ACERO INOXIDABLE

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.

UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 , CALIBRE NO. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.
2	CUBIERTA LISA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE. NO 16 DE ACABADO PULIDO.
3	ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE. NO. 16 ACABADO PULIDO.
4	ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 38 MM ( 1 1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
5	RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA.
6	REFUERZOS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE. NO. 16 DE 32 MM ( 1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
7	REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM ( 1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
8	DIMENSIONES GENERALES APROXIMADAS 180 X 70 X 90 CMS.
9	GARANTIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
10	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 190**

NOMBRE GENÉRICO:

**REPISA DE 150 CM CONTRA MURO**

CLAVE S.S.: **S/C**

LICITACIÓN NO.


UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PAGINA 1 DE 1

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304, CALIBRE NO. 18; ACABADO PULIDO.
2	PREPARACION PARA FIJAR A MURO CON TAQUETE Y TORNILLO.
3	DIMENSIONES GENERALES: 150 X 25 X 30.
4	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN
5	CERTIFICADO ISO 9001 VIGENTE.



DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO  
FICHA TÉCNICA**

**RENGLÓN 191**

NOMBRE GENÉRICO:

**REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA**

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.

NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.

ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

- 1 REPISA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 UNIDO CON PUNTOS DE SOLDADURA DEL MISMO MATERIAL; ACABADO PULIDO.
- 2 DIMENSIONES GENERALES: 90 X 45 X 65 CMS.
- 3 GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
- 4 CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE.



D<sup>HA</sup>. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud


SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



RENGLÓN 192

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENERICO:	
BOCINAS PARA COMPUTADORA	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACION NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	PAR DE BOCINAS QUE PERMITAN SONIDO DE ALTA FIDELIDAD PARA COMPUTADORA.
2	SONIDO ESTEREO ENVOLVENTE.
3	SISTEMAS DE ALTAVOCES MÍNIMO 2.0
4	TAMAÑO IGUAL O MAYO A: 65 * 60 * 105 mm.
5	POTENCIA NOMINAL MÍNIMA DE : 3 W * 2.
6	MODO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: USB DC 5V.
7	PERMITA AJUSTE DE VOLUMEN Y/O PARÁMETROS
8	MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
9	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
10	CERTIFICADO ISO 9001-2000 O CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA




## RENGLÓN 193

ÁREA SOLICITANTE:  
FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA: 1 DE
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA:		MARCA:
CANTIDAD:		MODELO:
CLAVE S.S.:		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO:
		CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: Computadora de Escritorio Windows.		
NUMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p><b>Características principales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Factor de forma pequeño.</li> <li>• Procesador Intel Core i5 – 6600 (Quad Core 3.3GHz, 3.6GHz Turbo, 6MB, w/HD Gráficos 530).</li> <li>• Sistema operativo Windows 10 profesional de 64 bits o superior.</li> <li>• UDIMM de 4 GB (1 x 4 GB) de memoria DDR4 a 2400MHz o superior.</li> <li>• Almacenamiento Disco Duro-SATA de 2.5", 7 mm, 1 TB 7200 rpm.</li> <li>• Unidad óptica delgada 8x (DVD+-R/RW).</li> <li>• Compartimientos: (1) compartimiento interno de 3.5"; admite (1) unidad de 3.5" o (2) unidades de 2.5"; (1) compartimiento óptico delgado externo.</li> <li>• Ranuras de expansión: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 PCIe x16 Gen 3 de altura media</li> <li>○ 1 PCIe x4 Gen 3 de altura media</li> <li>○ 1 M.2 (22x80 mm)</li> </ul> </li> <li>• Red Ethernet RJ45</li> <li>• Tarjeta de Video NVIDIA QUADRO P400 2GB mDP.</li> <li>• Puertos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6 puertos USB 2.0 (2 delanteros, 2 internos, 2 traseros)</li> <li>○ 6 puertos USB 3.0 (2 delanteros, 4 traseros)</li> <li>○ 1 ficha de audio universal</li> <li>○ 1 lector de tarjeta SD interno (opcional)</li> <li>○ 3 SATA de 6 Gb/s</li> <li>○ 2 PS2</li> <li>○ 2 DisplayPort</li> <li>○ 1 HDMI</li> <li>○ 1 conector de red RJ45</li> <li>○ 1 serial</li> <li>○ 1 salida de línea de audio</li> <li>○ 1 conector VGA (opcional)</li> </ul> </li> <li>• Fuente de alimentación: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PSU con 92% de eficiencia y 240 W (certificación Platinum 80PLUS) cumple con la norma Energy Star. PSU con 85% de eficiencia y 180W (certificación Bronze 80PLUS) cumple con la norma Energy Star.</li> </ul> </li> <li>• Monitor de 22 pulgadas LED.</li> <li>• Mouse y Teclado en español USB, ambos de la misma marca del CPU.</li> <li>• Fuente de alimentación de 200 watts con 92 % de eficiencia.</li> <li>• Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.</li> </ul>	1

**Nota:** La presente ficha técnica no supone el **Visto Bueno** al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).






ÁREA SOLICITANTE:  
FICHA TÉCNICA

**RENGLÓN 193**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA 2 DE
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA:		MARCA:
CANTIDAD:		MODELO:
CLAVE S.S.:		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO:
		CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: Computadora de Escritorio Windows.		
NUMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El equipo deberá de tener toda la información necesaria para la recuperación de sistema operativo, drivers y configuración de fábrica en una partición en el disco duro o a través de DVD o CD de recuperación.</li> <li>3 años de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. El fabricante debe contar con un Call Center para la recepción de llamadas, a través de un numero local o un 01 800.</li> <li>El fabricante del equipo ofertado debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. En dicha página se deberán consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados.</li> <li>Incluya regulador de voltaje externo para protección del equipo.</li> </ul>	
Elaboró:	Lic. Patricia Gaona Hernández. – Jefa del Departamento de Apoyo Tecnológico a Hospitales	
Revisó:	Jonathan Edén Hernández Landa - Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información.	
Autorizó:	Dra. Romana Gutiérrez Polo. – Directora de Atención Médica	

**Nota:** La presente ficha técnica no supone el Visto Bueno al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).



ÁREA SOLICITANTE:  
FICHA TÉCNICA

**RENGLÓN 194**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA: 1 DE
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA:		MARCA:
CANTIDAD:		MODELO:
CLAVE S.S.:		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO:
		CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: Computadora Portátil Medio Rendimiento Windows.		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p><b>Características principales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesador Intel Core i5-7200U (Dual Core, 3M Cache, 2.5 GHz, 15W).</li> <li>• Sistema Operativo Windows 7 Profesional de 64 bits o superior.</li> <li>• 8 GB (1 x 8GB) DDR4 2133 MHz, expandible a 32 GB.</li> <li>• Disco Duro SATA de 2.5" y 1 TB de 5400 rpm.</li> <li>• Chipset integrado con el procesador.</li> <li>• Pantalla plana de 14" HD en diagonal (1366 x 768) LED.</li> <li>• Puertos:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 USB 2.0</li> <li>○ 2 USB 3.1 de 1.ª gen. (uno con PowerShare)</li> <li>○ 1 HDMI 1.4</li> <li>○ 1 VGA</li> <li>○ 1 RJ-45, opción de bandeja de tarjeta uSIM externa</li> <li>○ 1 lector de tarjeta de memoria SD 3.0</li> <li>○ 1 ficha universal (ficha de auriculares global + entrada de micrófono + entrada de línea)</li> <li>○ 1 lector de huellas digitales táctil opcional</li> <li>○ 1 ranura de bloqueo de cña Noble</li> </ul> </li> <li>• Interfaz de red Ethernet RJ-45.</li> <li>• Conexión inalámbrica 802.11<sup>a</sup>/b/g/n, bluetooth 4.1.</li> <li>• Fuente de alimentación adaptador de CA inteligente de 45 W.</li> <li>• Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.</li> <li>• El equipo deberá de tener toda la información necesaria para la recuperación de sistema operativo, drivers y configuración de fábrica en una partición en el disco duro o a través de DVD o CD de recuperación.</li> <li>• 3 años de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. El fabricante debe contar con un call Center para la recepción de llamadas, a través de un numero local ó un 01 800.</li> <li>• El fabricante del equipo ofertado debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. En dicha página se deberán consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados.</li> <li>• Incluya regulador de voltaje externo para protección del equipo.</li> </ul>	
Elaboró:	Lic. Patricia Gaona Hernández. – Jefa del Departamento de Apoyo Tecnológico a Hospitales	
Revisó:	Jonathan Edén Hernández Landa - Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información.	
Autorizó:	Dra. Romana Gutiérrez Polo. – Directora de Atención Médica	

**Nota:** La presente ficha técnica no supone el **Visto Bueno** al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).





ÁREA SOLICITANTE:  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 195**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA: 1 DE 3
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA:		MARCA:
CANTIDAD:		MODELO:
CLAVE S.S.:		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO:
		CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: Equipo Multifuncional Láser Monocromático.		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p><b>Características principales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funciones: Impresión, copia, escáner, fax.</li> <li>• Tecnología de impresión láser.</li> <li>• Velocidad de impresión en negro: Normal, hasta 26 ppm.</li> <li>• Salida de la primera página (preparada) negro 8 segundos.</li> <li>• Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 30,000 páginas.</li> <li>• Volumen de páginas mensual recomendado 500 a 2000.</li> <li>• Calidad de impresión en negro (óptima): hasta 600 x 600 ppp.</li> <li>• Velocidad del procesador 600 MHz.</li> <li>• Lenguajes de impresión PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF.</li> <li>• Monitor pantalla táctil de 3,0"; LCD (gráficos color).</li> <li>• Capacidad ePrint.</li> <li>• Impresión móvil: ePrint, Apple AirPrint, Certificación Mopria, Impresión inalámbrica directa, Aplicaciones móviles.</li> <li>• Conectividad inalámbrica Wi-fi 802.11b/g/n integrada.</li> <li>• Conectividad estándar, Puerto USB 2.0 de alta velocidad (host/dispositivo), puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado, puerto de línea telefónica.</li> <li>• Requisitos mínimos de sistema: Windows 10 (32 y 64 bits), Windows 8.1 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits), Windows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (32 y 64 bits): Procesador de 1 GHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red. Windows XP (32 bits) (SP2 o superior): Procesador Pentium® de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red. Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits): Procesador de 1 GHz (32 bits) (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red. OS X v 10.7 Lion. OS X v 10.8 Mountain Lion. OS X v 10.9 Mavericks, 1 GB disponible en el disco duro, Internet, USB.</li> <li>• Sistemas operativos compatibles: Instalaciones completas de software admitidas en: Windows 10 (32 y 64 bits), Windows 8.1 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o superior). Instalaciones únicamente de controladores (por CD) admitidas en: Windows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits). Instalaciones únicamente de controladores (por APW) admitidas en: Windows 8.1 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits), Windows XP (32 y 64 bits) (SP2 o superior), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits), Windows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 2003 R2 (32 y 64 bits), Windows Server</li> </ul>	1

Handwritten signature or initials.

Nota: La presente ficha técnica no supone el Visto Bueno al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).



ÁREA SOLICITANTE:  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 195**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA 2 DE 3
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA:		MARCA:
CANTIDAD:		MODELO:
CLAVE S.S.:		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: <b>Equipo.</b>		ORIGEN DEL RECURSO:
		CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: <b>Equipo Multifuncional Láser Monocromático.</b>		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>2003 (32 y 64 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 Standard y Enterprise. Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion y Mavericks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memoria estándar 256 MB.</li> <li>• Manejo de papel para entrada, estándar: bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja prioritaria de 10 hojas, alimentador automático de documentos (AAD) de 35 hojas.</li> <li>• Salida de manejo de papel, estándar: bandeja salida de 100 hojas.</li> <li>• Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 100 hojas.</li> <li>• Impresión a doble cara automática (estándar).</li> <li>• Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, 16k, sobres.</li> <li>• Tamaños de soportes, personalizado: Bandeja prioritaria: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas, Bandeja 2 de 250 hojas: 3 x 7,4 a 8,5 x 14 pulgadas.</li> <li>• Tamaños de soportes, personalizado: Bandeja prioritaria: 76 x 127 a 216 x 356 mm, Bandeja 2 de 250 hojas: 76 x 187 a 216 x 356 mm.</li> <li>• Tipos de soportes: Papel (pesado, membretado, liviano, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rígido), sobres, transparencias, etiquetas, postales.</li> <li>• Pesos de medios, admitidos: De 60 a 163 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido 60 a 75 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>• Tipo de escáner cama plana, alimentador automático de documentos (ADF).</li> <li>• Formato del Archivo de digitalización JPEG, PDF, PNG.</li> <li>• Resolución de escaneo, óptica: hasta 300 dpi (color y monocromático, ADF); hasta 600 dpi (color, cama plana); hasta 1200 dpi (monocromática, cama plana).</li> <li>• Tamaño de escaneo, máximo 216 x 297 mm.</li> <li>• Tamaño de escaneo (ADF), máximo 216 x 356 mm.</li> <li>• Velocidad de escaneo (normal, A4): hasta 15 ppm (blanco y negro, hasta 6 ppm (color).</li> <li>• Capacidad de alimentador automático de documentos estándar 35 hojas.</li> <li>• Funciones estándar de envío digital: Escanear a correo electrónico; escanear a carpeta de red.</li> <li>• Formatos de archivo admitidos: PDF, JPG.</li> <li>• Modos de entrada de digitalización: Windows panel de control frontal, escaneo mediante HP LaserJet Scan. Macintosh HP Director o software con certificación TWAIN o WIA.</li> <li>• Velocidad de copiado (normal) negro: hasta 26 cpm.</li> <li>• Resolución de copia (texto en negro): hasta 600 x 600 ppp.</li> <li>• Configuración de reducción/ampliación de copias 25 a 400%.</li> <li>• Copias máximo: hasta 99 copias.</li> <li>• Velocidad de transmisión de fax 3 seg por página.</li> <li>• Memoria de fax: hasta 400 páginas.</li> <li>• Resolución de fax: hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado).</li> </ul>	

**Nota:** La presente ficha técnica no supone el **Visto Bueno** al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).





ÁREA SOLICITANTE:  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 195**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA 3 DE 3
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA:		MARCA:
CANTIDAD:		MODELO:
CLAVE S.S.:		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO:
NOMBRE GENERICO: Equipo Multifuncional Láser Monocromático.		CANTIDAD OFERTADA:
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marcados rápidos, número máximo: hasta 120 números (119 marcaciones de grupo).</li> <li>Ubicaciones de envío 119.</li> <li>Alimentación: Tensión de entrada de 110 volts: De 110 a 127 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 5,4 A; Tensión de entrada de 220 volts: De 220 a 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,9.</li> <li>Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.</li> <li>Incluya CD-ROM con software, controladores y documentación.</li> <li>1 año de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, para todos los componentes y accesorios. El fabricante debe contar con un Call Center para la recepción de llamadas, a través de un numero local o un 01 800.</li> <li>El fabricante del equipo ofertado, debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. En dicha página se deberán consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados.</li> </ul>	
Elaboró:	Lic. Patricia Gaona Hernández. – Jefa del Departamento de Apoyo Tecnológico a Hospitales.	
Revisó:	Jonathan Edén Hernández Landa - Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información.	
Autorizó:	Dra. Romana Gutiérrez Polo. – Directora de Atención Médica	

Nota: La presente ficha técnica no supone el Visto Bueno al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).



ÁREA SOLICITANTE:  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 196**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA:1 DE 3
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA:		MARCA:
CANTIDAD:		MODELO:
CLAVE S.S.:		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO:
		CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: Impresora Láser Monocromática Alto Volumen.		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p><b>Características principales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnología de impresión láser monocromático.</li> <li>• Velocidad de impresión en negro normal: Hasta 52 ppm.</li> <li>• Salida de la primera página negro 7.5 segundos.</li> <li>• Velocidad del procesador de 1.2 GHz.</li> <li>• Calidad de impresión en negro (óptima) hasta 1200 x 1200 ppp.</li> <li>• Resolución 600 x 600 dpi y 1200 x 1200 dpi.</li> <li>• Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta 175,00 páginas.</li> <li>• Volumen de páginas mensual recomendado 5000 a 13000.</li> <li>• Monitor LCD de 4 líneas (texto en color y gráficos), capacidad ePrint.</li> <li>• Capacidad de impresión móvil, ePrint, Apple AirPrint, Certificación Mopria.</li> <li>• Conectividad estándar, puertos USB 2.0 de alta velocidad (host/dispositivo), puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000T, paquete de integración HW.</li> <li>• Requisitos mínimos del sistema, Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir SO RT para Tablets). SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal: Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), SO móvil (Controladores en el SO): Android, Windows 8/8.1/10 RT Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x). Otros SO: UNIX, Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet, conexión USB, de red o inalámbrica dedicada, 200 MB de espacio disponible en el disco duro.</li> <li>• Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, USB, 1 GB de espacio disponible en el disco duro.</li> <li>• Sistemas operativos compatibles. El SO Windows es compatible con el Controlador en la caja: Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de HP.com): Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets).</li> </ul>	

**Nota:** La presente ficha técnica no supone el **Visto Bueno** al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).





ÁREA SOLICITANTE:  
FICHA TÉCNICA

**RENGLÓN 196**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA: 2 DE 3
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA:		MARCA:
CANTIDAD:		MODELO:
CLAVE S.S.:		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO:
		CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: Impresora Láser Monocromática Alto Volumen.		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets, SO: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, SO móvil (Controladores en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT, Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), Otros SO: UNIX.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memoria estándar de 512 MB, memoria máxima de 1.5 GB.</li> <li>• Uso de papel, entrada de manejo de papel, estándar, bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas.</li> <li>• Uso de papel, salida de manejo de papel, estándar, bandeja de salida para 500 hojas; bandeja de salida trasera para 100 hojas, Impresión a doble cara.</li> <li>• Tamaños de soportes de impresión admitidos, Bandeja multiuso 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, tarjeta postal D (JIS), ejecutivo (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO). Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: ejecutivo (JIS), A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K.</li> <li>• Tamaños de soportes, personalizado, bandeja multiuso 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; Cassette para soportes personalizados opcional: 102 x 148 a 170 x 282.</li> <li>• Tipos de soportes, papel (bond, color, membrete, común, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso, liviano), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, etiquetas para borde de estante, definido por el usuario.</li> <li>• Peso de material de impresión admitido, bandeja multiuso 1: de 60 a 200 g/m<sup>2</sup>; Bandeja 2, bandeja de entrada de 500 hojas opcional, cassette para soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de alta capacidad para 1500 hojas opcional: de 60 a 120 g/m<sup>2</sup>; Alimentador de sobres opcional: de 75 a 105 g/m<sup>2</sup>; Módulo de impresión a doble cara opcional: de 60 a 120 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>• Alimentación voltaje de entrada de 110 voltios: de 100 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz).</li> <li>• Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.</li> <li>• Incluya CD-ROM con software, controladores y documentación.</li> <li>• 1 año de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, para todos los componentes y accesorios. El fabricante debe contar con un Call Center para la recepción de llamadas, a través de un numero local o un 01 800.</li> <li>• El fabricante del equipo ofertado, debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. En dicha página se deberán consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados.</li> </ul>	
Elaboró:	Lic. Patricia Gaona Hernández. – Jefa del Departamento de Apoyo Tecnológico a Hospitales	

**Nota:** La presente ficha técnica no supone el **Visto Bueno** al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz

**VERA  
CRUZ**

ME LLENA DE ORGULLO

ÁREA SOLICITANTE:  
FICHA TÉCNICA

**RENGLÓN 196**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:	HOJA 3 DE 3	
LICITACIÓN:	PROVEEDOR:	
PARTIDA:	MARCA:	
CANTIDAD:	MODELO:	
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.	ORIGEN DEL RECURSO:	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: Impresora Láser Monocromática Alto Volumen.		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Revisó:	Jonathan Edén Hernández Landa - Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información.	
Autorizó:	Dra. Romana Gutiérrez Polo. - Directora de Atención Médica <i>reh</i>	

**Nota:** La presente ficha técnica no supone el **Visto Bueno** al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud


**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 197**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>PANTALLA LED 40"</b>	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PAGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	PANTALLA PLANA LED O MAYOR TECNOLOGÍA.
2	TAMAÑO DE PANTALLA 40" 101.6 CM COMO MÍNIMO.
3	RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920x1080 PÍXELES.
4	FULL HD O MAYOR TECNOLOGÍA.
5	QUE CUENTE CON RELACIÓN DE CONTRASTE ALTA.
6	TECNOLOGÍA DE VASUALIZACION LED.
7	TECNOLOGÍA EN AUDIO: DTS PREMIUM SOUND, DTS STUDIO SOUND, DOLBY DIGITAL PLUS O SUPERIOR.
8	SALIDA DE AUDIO (RMS): 20 W COMO MINIMO CON 2 ALTAVOCES.
9	PUERTOS E INTERFASES MÍNIMOS: HDMI (2), ETHERNET LAN (RJ-45)(1), USB (1), COMPONENTE (YPbPr/YCbCr)(1).
10	AUDIFONO, SALIDA DE SONIDO ÓPTICA.
11	INCLUYA SOPORTE Y ACCESORIOS PARA INSTALAR EN PARED.
12	RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA 16:9.
13	FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS MÍNIMO 1920 x 1080 (HD 1080).
14	CORRIENTE ELECTRICA 110V 60HZ.
15	GARANTÍA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
16	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



RENGLÓN 198

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO:

VIDEOPROYECTOR DIGITAL

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.


UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	VIDEOPROYECTOR: SISTEMA DE PROYECCIÓN.
2	TECNOLOGÍA DLP O LED O MAYOR TECNOLOGÍA.
3	FRENTE/ RETROPROYECCIÓN/ MONTAJE EN TECHO.
4	NUMERO DE PÍXELES 786432 PÍXELES (1024 X 768) X3
5	RESOLUCIÓN NATIVA XGAASPECTO DE RADIO 4:3,
6	DISPOSICIÓN DE PÍXELES LINEALES ZOOM MANUAL
7	ENFOQUE MANUAL, LÁMPARA TIPO 150 W
8	(ULTRAEFICIENTE)UHE, PROPORCIÓN ANCHA DE LA
9	PANTALLA, DISTANCIA DE PROYECCIÓN 26" A 300",
10	BRILLANTEZ (TÍPICA) 1000 ANSI LUMENES REPRODUCCIÓN
11	DE COLOR 24 BIT; 16.7 MIL, DIMENSIONES 267 MM ANCHO
12	X 213 MM ALTO X 87 MM PROFUNDO, EXPOSICIÓN NATIVA
13	1024 X 768, REDIMENSIONADO 1600 X 1200, 1280 X 1024,
14	80 X 600, 640 X 480 SEÑAL DE ENTRADA
15	NTSC/NTSC4.43/NTSC50/PAL/M-PAL/N-PAL7PAL60/, SEÑAL
16	DE SALIDA (RGB ANÁLOGO COMÚN) CONTROL 1/0
17	MOUSE/SERIAL 1/0, TERMINAL 1/0 DIN 9 PIN X 1 USB X 1 HDMI
18	TIPO B X 1. FUNDA PARA VIDEOPROYECTOR EN VINIL
19	FUNDA CON CORREA
20	MANUALES EN ESPAÑOL
21	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN
22	INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL USUARIO EN EL LUGAR DE DESTINO DEL EQUIPO.
23	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA






DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 199

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS</b>	
CLAVE S.S.: <b>511.026.0204</b>	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90° SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO 25.4 MM. REFORZADOS CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, DEBEN LEVAR PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILLOS DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO, EN LOS FRENTES Y COSTADOS; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2	POSTES DE ACERO CALIBRE No. 14 EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14 ATORNILLADA O DOBLADA O SOLDADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3	REFUERZOS DE CARTABON DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACBADO EN PINTURA COLOR ARENA.
4	TORNILLOS DE 6.3 X 12.7 MM CON TUERCA, ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA; ACABADO GALVANIZADO.
5	DIMENSIONES APROXIMADAS: 91 X 45 X 220 CMS.
6	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
7	CERTIFICADO DE CALIDAD ISO VIGENTE

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud


**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 200**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS</b>	
CLAVE S.S.: <b>511.026.0337</b>	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PAGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90° SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO 25.4 MM. REFORZADOS CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, DEBEN LEVAR PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILOS DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO, EN LOS FRENTES Y COSTADOS; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2	POSTES DE ACERO CALIBRE No. 14 EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14 ATORNILLADA O DOBLADA O SOLDADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3	REFUERZOS DE CARTABON DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACBADO EN PINTURA COLOR ARENA
4	TORNILLOS DE 6.3 X 12.7 MM CON TUERCA, ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA; ACABADO GALVANIZADO
5	DIMENSIONES: 91 X 45 X 220 CMS.
6	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
7	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE OROULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA


**RENGLÓN 201**

NOMBRE GENÉRICO:
<b>ANAQUEL PARA CARGAS PESADAS</b>
CLAVE S.S.: <b>511.026.0410</b>

LICITACIÓN NO.
UNIDAD DE MEDIDA:
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO, CAL. Nº 20, CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90º SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO DE 25.4 MM (1") REFORZADO CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. Nº 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, DEBEN LLEVAR PERFORACIONES CON FORMA OVAL PARA TORNILLO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO EN LOS FRENTES Y COSTADOS, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2	POSTES DE LÁMINA DE ACERO CAL. Nº 14, EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE Nº 14, ATORNILLADA, DOBLADA O SOLDADA, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3	REFUERZOS DE CARTABON DE LÁMINA DE ACERO CAL. Nº 12 CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
4	TEMPLADORES DE LÁMINA DE ACERO CAL. Nº 12 CON PERFORACIONES; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
5	TORNILLOS DE 6.3 MM X 12.7 MM (1/4" X 1/2") CON TUERCA, ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA; ACABADO GALVANIZADO.
6	DIMENSIONES: 220 X 91 X 45 CM
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
8	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
 DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESV**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 202**

NOMBRE GENÉRICO:  
**ANAQUEL CARGAS PESADAS (290X210X60CM)**

CLAVE S.S.: **511.026.0410**

LICITACIÓN NO.  
UNIDAD DE MEDIDA:  
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO, CAL. Nº 20, CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90º SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO DE 25.4 MM (1") REFORZADO CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. Nº 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, DEBEN LLEVAR PERFORACIONES CON FORMA OVAL PARA TORNILLO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO EN LOS FRENTES Y COSTADOS, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2	POSTES DE LÁMINA DE ACERO CAL. Nº 14, EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE Nº 14, ATORNILLADA, DOBLADA O SOLDADA, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3	REFUERZOS DE CARTABON DECLÁMINA DE ACERO CAL. Nº 12 CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
4	TEMPLADORES DE LÁMINA DE ACERO CAL. Nº 12 CON PERFORACIONES; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
5	TORNILLOS DE 6.3 MM X 12.7 MM (1/4" X 1/2") CON TUERCA, ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA; ACABADO GALVANIZADO.
6	DIMENSIONES: 290 X 210 X 60 CM
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
8	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud


**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES**  
**FICHA TÉCNICA**

**RENGLÓN 203**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>ARCHIVERO 4 GAVETAS</b>	
CLAVE S.S.: <b>511.076.0351</b>	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	BASE Y REFUERZOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR ORO, REGATONES INTEGRALES EN LA BASE.
2	CERRADURA GENERAL.
3	CORREDERAS DE LÁMINA DE ACERO No. 15 ACABADO ZINCADO EN PINTURA COLOR ORO.
4	PORTA ETIQUETA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 24 ACABADO CROMADO.
5	TAPA, COSTADOS, RESPALDO, FONDO Y GAVETA CON JALADERA EMBUTIDA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 22: ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
6	DIMENSIONES: 134 CM DE LARGO X 45 CM DE ANCHO X 71 CM DE FONDO.
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 204**

NOMBRE GENÉRICO:

**ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO**

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.

UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20; TROQUELADA Y DOBLADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
2	COSTADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
3	DIVISORES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20; TROQUELADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
4	ENTREPAÑO RANURADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20; TROQUELADA Y DOBLADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
5	LARGUERO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 16; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
6	POSTE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 16; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
7	TAPA DE LOS ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20; TROQUELADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
8	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
	<b>NORMAS – CERTIFICADOS:</b>
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.

*[Handwritten signature]*

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA


**RENGLÓN 205**

NOMBRE GENÉRICO:  
**CESTO PARA PAPELES**  
CLAVE S.S.: **511.232.0022**

LICITACIÓN NO.  
UNIDAD DE MEDIDA:  
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2	FONDO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3	BORDE SUPERIOR PERIMETRAL PASADO DE ESCUADRA Y APLASTADO.
4	DIMENSIONES GENERALES: 32 X 18 CMS.
5	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN .
6	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud


**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**REGLÓN 206**

**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES**  
**FICHA TÉCNICA**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>CREDENZA DE MADERA</b>	
CLAVE S.S.: <b>511.268.0052</b>	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
<b>PÁGINA 1 DE 1</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CUBIERTA Y CUERPO CON BASTIDOR DE MADERA CONTRACHAPADA DE PRIMERA O AGLOMERADO DE MADERA DE 38 MM. DE ESPESOR MÍNIMO, ACABADO EN BARNIZ NATURAL.
2	GAVETA, ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS, CON SISTEMA DE RODAMIENTO DE MADERA CONTRACHAPADO DE PRIMERA O AGLOMERADO DE MADERA, CORREDERAS METÁLICAS, CON CERRADURAS DE SEGURIDAD AL FRENTE, ACABADOS LOS FRETES Y VISTAS EN CHAPA DE ENCINO CON BARNIZ NATURAL.
3	DIMENSIONES: 180 X 45 X 75 CM.
4	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
5	DIMENSIONES GENERALES 35 X 28 X 10 cm.
<b>NORMAS - CERTIFICADOS:</b>	
6	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud


**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**RENGLÓN 207**

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE PEDESTAL DERECHO</b>	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACION NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE PEDESTAL DERECHO.
2	CERRADURAS LATERALES POR PEDESTAL.
3	CUBIERTA Y LATERAL EN BASTIDOR DE MADERA CONTRACHAPADO DE PINO DE PRIMERA O AGLOMERADO DE MADERA DE 34 A 38 MM. DE ESPESOR, ACABADO EN CHAPA DE ENCINO EN BARNIZ NATURAL.
4	GAVETA DE MADERA CONTRACHAPADO DE PINO DE PRIMERA O AGLOMERADO DE MADERA.
5	CORREDERAS METÁLICAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE GANCHO.
6	ACABADO EN LOS FRENTES CON CHAPA DE ENCINO DEN BARNIZ NATURAL.
7	JALADERA INTEGRADA.
8	REGATON AJUSTABLE.
9	DIMENSIONES: 75 X 120 CMX50 CM.
10	GARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.
11	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud


**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**RENGLÓN 208**

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON ARCHIVERO</b>	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACION NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PAGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA.
2	CUBIERTA Y LATERAL EN BASTIDOR DE MADERA CONTRACHAPADO DE PINO DE PRIMERA O AGLOMERADO DE MADERA DE 34 A 38 MM. DE ESPESOR, ACABADO EN CHAPA DE ENCINO EN BARNIZ NATURAL.
3	ACABADO EN LOS FRENTE CON CHAPA DE ENCINO EN BARNIZ NATURAL.
4	JALADERA INTEGRADA.
5	REGATON AJUSTABLE.
6	DIMENSIONES APROXIMADO: 75 X 120 CMX50 CM
7	GARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud


**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**RENGLÓN 209**

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE PEDESTAL IZQUIERDO</b>	
CLAVE S.S.: 5/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACION SOLICITADA
1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE PEDESTAL IZQUIERDO.
2	CERRADURAS LATERALES POR PEDESTAL.
3	CUBIERTA Y LATERAL EN BASTIDOR DE MADERA CONTRACHAPADO DE PINO DE PRIMERA O AGLOMERADO DE MADERA DE 34 A 38 MM. DE ESPESOR, ACABADO EN CHAPA DE ENCINO EN BARNIZ NATURAL.
4	GAVETA DE MADERA CONTRACHAPADO DE PINO DE PRIMERA O AGLOMERADO DE MADERA.
5	CORREDERAS METÁLICAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE GANCHO.
6	ACABADO EN LOS FRENTES CON CHAPA DE ENCINO DEN BARNIZ NATURAL.
7	JALADERA INTEGRADA.
8	REGATON AJUSTABLE.
9	DIMENSIONES: 75 X 120 CMX50 CM.
10	GARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.
11	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**REGLÓN 210**

NOMBRE GENÉRICO:	<b>ESCRITORIO MÓVIL</b>
CLAVE S.S.: S/C	

LICITACION NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	SUPERFICIE DE TRBAJO PLANA DE MADERA DE PRIMERA O AGLOMERADO O LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, O MAYOR TECNOLOGIA.
2	SUPERFICIE MÍNIMA DE 60 X 50CM +/-5CM
3	BASE RODABLE CON 4 RUEDAS ERGONOMICAS, CON FRENO EN ALMENOS DOS DE ELLAS.
4	ALTURA AJUSTABLE DE 70 A 120CM.
5	QUE SOPORTE UN PERO MINIMO DE 6KG.
9	GARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN
10	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).
11	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENGLÓN 211**

NOMBRE GENÉRICO:

**LITERA**

CLAVE S.S.: S/C


LICITACIÓN NO.

UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	LITERAS METÁLICAS PARA EL ÁREA DE MÉDICOS BECARIOS.
2	LITERA CON COLCHONES, ADECUADA PARA NIÑOS Y ADULTOS.
3	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO REFORZADO.
4	ACABADO EPOXI COLOR PLATA RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN.
5	CON BARRA CENTRAL DE REFUERZO EN ACERO.
6	SOMIERES ESTRUCTURADA.
7	MEDIDAS COMO MÍNIMO 150 X 105 X 200 CM.
8	CON ESCALERA INCORPORADA DE 3 PELDAÑOS COMO MÍNIMO.
9	CON CUATRO PUNTOS DE ANCLAJE DE SEGURIDAD.
10	DOS COLCHONES ESPECIALES DE ACUERDO A LA LITERA OFERTADA. CON REVESTIMIENTO CON TRATAMIENTO HIPO ALERGÉNICO Y RELLENO TERMO REGULABLE
11	PUENTE DE ALTA DENSIDAD ERGONÓMICOS Y RESISTENTES, QUE SOPORTEN 200 KG COMO MÍNIMO.
12	CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DE LA LITERA OFERTADA.
13	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
14	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz




DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENGLÓN 212**

NOMBRE GENÉRICO:
<b>MESA DE CENTRO DE MADERA</b>
CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.
UNIDAD DE MEDIDA:
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CHAMBRANA TROQUELADA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE Nº 20; ACABADO CROMADO O PINTADO COLOR NEGRO.
2	CUBIERTA DE AGLOMERADO DE MADERA O DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 CON 2 REFUERZOS TRANSVERSALES; ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR TEKA O CHAPA DE ENCINO.
3	ESTRUCTURA TABULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25 MM X 25 MM; ACABADO CROMADO.
4	MEDIDAS: 115 A 120 x 55 A 60 x 40 A 50 CM.
5	REGATÓN FIJO.
6	GARANTIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
7	CERTIFICADO ISO VIGENTE.

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud



ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 213

NOMBRE GENÉRICO:

MESA ESQUINERA DE MADERA

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.


UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PAGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ÁNGULO DE ACERO DE 25 X 25 MM (1X1").
2	BASTIDOR DE 50.6 MM (2") DE ANCHO DE AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO EN CHAPA DE ENCINO CON BARNIZ NATURAL MATE.
3	MOLDURA DE ALUMINIO DE 6.3 X 6.3 MM (1/4 X1/4").
4	REGATON AJUSTABLE.
5	REFUERZO INTERMEDIO DE 19 M (3/4) DE ESPESOR AGLOMERADO DE MADERA ACABADO EN CHAPA DE ENCINO CON BARNIZ NATURAL MATE.
6	DIMENSIONES GENERALES: 70 X 70 X 60 CM.
7	GARANTIA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	CERTIFICADO DE CALIDAD ISO VIGENTE.

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 214

NOMBRE GENÉRICO:

MESA PARA JUNTAS OVALADA CON SEIS SILLONES

CLAVE S.S.: S/C


LICITACION NO.

UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MESA DE 2.50 X 1.10 X 0.78 MTS. CON CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA(MDF) DE 31 MM. DESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA (MADERA NATURAL LAMINADA) TIPO 4410 COLOR MAHOGANY ALP-3 COLOR ROJO CEREZO.
2	COLUMNAS VERTICALES DE APOYO PARA SOPORTAR LA CUBIERTA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14, LAS COLUMNAS DEBERAN SER DISEÑADAS CON PREPARACIONES INTERNAS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; ASI COMO CABLEADO PARA VOS Y DATOS, LAS BASES DEBERAN SER FABRICADAS DE FORMA EMBUTIDA O TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA CON DIMENSIONES DE ACUERDO AL ANCHO DE LA CUBIERTA PARA GARANTIZAR EXELENTE ESTABILIDAD.
3	REGATONES Y NIVELADORES PARA AJUSTES DE ALTURA CON PLATOS DE 82 MM. DE DIAMETRO FABRICADOS EN NILON 100% CON TORNILLOS DE ACERO DE 9.3 MM. (3/8) DE DIAMETRO POR 51 ML. 2" DE LONGITUD INTEGRADO AL PLATO.
4	TRABE/ DUCTO PARA ESTRUCTURAS LAS COLUMNAS VERTICALES CON LAS BASES, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CR CALIBRE 14.
5	MOLDURAS (TAPAS) DESMONTABLES PARA LAS COLUMNAS VERTICALES FABRICADAS EN ALUMINIO No. 0 RECICLADO ALIACION 6063 CON DUREZA T-5.
6	PREPARACIÓN PARA EL PASO DE UN MANEJO DE CABLES CON TAPA.
7	TODOS LOS ELEMENTOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA MESA, DEBERAN INCLUIR UN ACABADO EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR GRIS CLARO.
8	LA PINTURA DEBERA SER HORNEADA EN UN RANGO DE 230° C. PARA GARANTIZAR ADHERENCIA PARA SOPORTAR EL RAYADO DE UN LAPIZ 3H COMO MINIMO Y RESISTENCIA AL IMPACTO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA HASTA POR 216 HORAS (RESISTENCIA A LA CORROSION).
9	INCLUIR SEIS SILLONES FIJOS DE RESPALDO ALTO CON BASE DE TRINEO TAPIZADOS ENTELA COLOR CEREZO.
10	LOS ASIENTOS Y RESPALDOS DEBERAN SER ERGONOMICOS CON ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA, FABRICADA A BASE DE 5 CAPAS DE MADERA LAMINADA CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESIÓN, FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MMM. DE ESPESOR.
11	GRANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
12	CENTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

  
DRA. ROMANA GUADALUPE POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud



**VERA  
CRUZ**  
ME LENA DE ORBULLO

**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA**

**RENGLÓN 215**

NOMBRE GENÉRICO:	<b>MESA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR O TELEFONO</b>
CLAVE S.S.: <b>511.619.0504</b>	

LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	<b>CUBIERTA:</b>
1	DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, DOBLADA.
2	CARA SUPERIOR Y CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PLASTICO EN COLOR TEKA MATE, SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO.
3	MOLDURA DE LÁMINA DE ACERO ACABADO CROMADO.
4	PANEL LATERAL EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
5	PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CALIBRE 18 DE 25.4 X 25.4 MM. (1 X 1" ) ACABADO CROMADO.
6	REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERMEDIO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 ACABADO CROMADO.
7	RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA.
8	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
9	CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTES.




DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 216**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>PIZARRON MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CMS</b>	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	PIZARRON BLANCO DE ACRÍLICO.
2	DIMENSIONES 120 X 90 CMS.
3	MARCO DE ALUMINIO.
4	CON CHAROLA PORTA PLUMONES.
5	ESQUINAS MITRADAS.
6	GANCHOS TRAGEROS PARA MONTAJE O PERFORACIONES PARA COLOCACIÓN AL MURO.
7	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
 DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 217**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CMS</b>	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	PIZARRON BLANCO DE ACRILICO
2	DIMENSIONES 150 X 90 CMS
3	MARCO DE ALUMINIO
4	CON PORTA PLUMON
5	ESQUINAS MITRADAS
6	GANCHOS TRAGEROS PARA MONTAJE
7	GARANTIA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
8	CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTE



DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud


**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 218**

NOMBRE GENERICO:	
<b>PIZARRON MAGNÉTICO DE PARED DE 90 CMS</b>	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	PIZARRON BLANCO DE ACRILICO
2	DIMENSIONES 90 X 60 CMS
3	MARCO DE ALUMINIO
4	CON PORTA PLUMON
5	ESQUINAS MITRADAS
6	GANCHOS TRAGEROS PARA MONTAJE
7	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud


**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENGLÓN 219**

NOMBRE GENERICO:	
<b>RACK PARA ALMACENAMIENTO</b>	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	RACK METÁLICOS RESISTENTES PARA ALMACENAMIENTO EN EL ÁREA DE FARMACIA.
2	DIMENSIONES: DE 120 CM X 60 CM X 200CM
3	MÍNIMO 3 PELDAÑOS.
4	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
5	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud


**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

**RENLÓN 220**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE</b>	
CLAVE S.S.: 511.814.0127	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE DE POLIURETANO.
2	BASE DE TUBO OVAL ACABADO ELECTRO PINTADO.
3	ESTRUTURA DE ACERO DE TUBO OVAL
4	PINTURA ELECTROESTÁTICA.
5	COLOR NEGRO EN ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO.
6	DIMENSIONES APROXIMADAS: 51 X 54 X 82 CM.
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
8	CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2000 VIGENTE.

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES**  
**FICHA TÉCNICA**

**RENLÓN 221**

NOMBRE GENÉRICO:

**SILLA FIJA ACOJINADA PARA AULA**

CLAVE S.S.: 511.814.0127

LICITACIÓN NO.


UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	PUPITRE DE DISEÑO ERGONÓMICO CON RESPALDO .
2	ACERO TUBULAR OVALADO TUBO REDONDO DE CALIBRE 16
4	RECUBRIMIENTO ACOJINADO
5	TELA EN PLIANA DE COLOR NEGRO.
6	PALETA ABLATIBLE
7	TERMINADO CON PINTURA EN POLVO O ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE.
9	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
10	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE .

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE DROULLO

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA


RENGLÓN 222

NOMBRE GENÉRICO:  
**SILLA GIRATORIA SECRETARIAL**  
CLAVE S.S.: 511.814.0291

LICITACIÓN NO.  
UNIDAD DE MEDIDA:  
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

DESCRIPCION DEL ARTICULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ASIENTO GRUESO DE TELA COLOR NEGRO LAVABLE.
2	PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, DE GAS NITRÓGENOS CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN. CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS.
3	BASE GIRATORIA 360°
4	CARRIL DE RUEDAS DUAL
5	ALTO 92 CM APROXIMADO
6	ANCHO 50 CM APROXIMADO
7	PROFUNDO 58 CM APROXIMADO
8	ANCHO DEL ASIENTO 50 CM APROXIMADO
9	PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 58 CM APROXIMADO
10	MECANISMO DE PALANCA PARA AJUSTAR ALTURA.
11	CON DESCANSA BRAZOS.
12	GARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
13	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE .

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA






**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA**

**RENLÓN 223**

NOMBRE GENÉRICO:	
<b>SILLON GIRATORIO EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO</b>	
CLAVE S.S.: 511.836.0287	
LICITACIÓN NO.	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS CON CONTROL DE AJUSTE DE TENSIÓN, CON BLOQUEO PARA RECLINACIÓN DE MULTIPLES POSICIONES.
2	ELEVACIÓN MEDIANTE PISTON NEUMATICO DE GAS NITRÓGENO, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS.
3	AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS.
4	BRAZOS FIJOS DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO.
5	SILLON GIRATORIO CON BASE DE 26 PULGADAS CON CINCO PUNTOS DE APOYO Y RODAJAS DOBLES DE NYLON.
6	ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.
7	ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO DE INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 50 KG/M3
8	GARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE .

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORBULLO

**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES**  
**FICHA TÉCNICA**

**RENGLÓN 224**

NOMBRE GENÉRICO:	
TABLERO DE CORCHO DE 120 X 90 CM	
CLAVE S.S. :S/C	
LICITACIÓN NO.	
NO. DE LOTE:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	LAMINADO DE CORCHO QUE PERMITE LA FÁCIL INTRODUCCIÓN DE PINS O CHINCHETAS SIN DEJAR HUELLA.
2	TABLERO DE FIBRA DE MADERA CON RECUBRIMIENTO EN LA CARA POSTERIOR QUE EVITA DAÑO POR LA HUMEDAD.
3	MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO.
4	REFUERZOS DE LÁMINA DE ACERO EN LA CARA POSTERIOR.
5	MEDIDAS DE 150 X 90 CMS
6	ARANDELAS EN LA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA SU INSTALACIÓN.
7	BARRENOS ARMELLADOS PARA LA MEJOR FIJACIÓN.
8	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE.

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicio de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO  
FICHA TÉCNICA

RENLÓN 225

NOMBRE GENERICO:  
**MULTIMETRO DIGITAL**

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.  
NO. DE LOTE:  
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 2

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MEDIDA DE VERDADERO VALOR EFICAZ AC.
2	REPRESENTACIÓN DIGITAL, CON UNA FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE 4 VECES POR SEGUNDO.
3	DISPLAY CON RETROILUMINACIÓN.
4	BARRA GRÁFICA ANALÓGICA QUE SE ACTUALIZAN CON UNA FRECUENCIA DE 40 VECES POR SEGUNDO.
5	SELECCIÓN DE RANGOS AUTOMÁTICA Y MANUAL.
6	RETENCIÓN DE VALORES EN PANTALLA Y RETENCIÓN AUTOMÁTICA DE LECTURAS.
7	MODO DE REGISTRO DE MÍNIMOS, MÁXIMO Y MEDIOS, CON ALARMA DE MÍNIMOS Y MÁXIMOS.
8	LECTURA DE TEMPERATURA (SONDA TERMOPAR TIPO K DE EXTREMO REDONDEADO INCLUIDA).
9	EL MODO SUAVIZADO PERMITE EL FILTRADO DE SEÑALES DE ENTRADA INTERMITENTES.
10	PRUEBAS ACUSTICAS DE CONTINUIDAD Y DE DIODOS.
11	SEÑAL DE ADVERTENCIA DE CONEXIONES INCORRECTAS.
12	ALARMA DE TENSIÓN INSEGURA QUE ALERTA EN CASO DE TENSIONES SUPERIORES A LOS 30 V.
13	INDICACION DE BATERIA BAJA.
14	ALOJAMIENTO ERGONÓMICO CON FUNDA INTEGRADA.
15	FÁCIL CAMBIO DE BATERIAS Y FUSIBLES SIN NECESIDAD DE ABRIR TODO EL ALOJAMIENTO.
16	CON MODO EN ESPERA PARA MAYOR DURACIÓN DE BATERIAS.
17	FUNCIONES:
18	TENSIÓN DE CC: MÁX. 1000 V. RESOLUCIÓN MÁX. 0.1 mV
19	TENSIÓN DE CA: MÁX 1000 V. RESOLUCIÓN MÁX. 0.1 mV.
20	CORRIENTE CONTÍNUA: 10 A MÁX. RESOLUCIÓN MÁX. 0.01mA.
21	CORRIENTE ALTERNA: 10 A MÁX. RESOLUCIÓN MÁX.: 0.01 mA.
22	RESISTENCIA: 50 MΩ MÁX. RESOLUCIÓN MÁX: 0.1 Ω.
23	CAPACITANCIA: 10000 μF RESOLUCIÓN MÁX. 1 nF
24	FRECUENCIA: 100 KHZ MÁX. RESOLUCIÓN MÁX. 0.01 HZ.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO  
FICHA TÉCNICA

RENLÓN 225

NOMBRE GENÉRICO:

MULTIMETRO DIGITAL

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.


NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 2 DE 2

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
25	TEMPERATURA: -40°C / +400°C MÁX. RESOLUCIÓN MÁX. 0.1 °C.
26	TAMAÑO:(LXAXF): 190 MM X 89 MM X 45 MM. APROXIMADAMENTE
27	PESO: 0.42 KG. APROXIMADAMENTE
28	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
29	ACCESORIOS INCLUIDOS: PUNTAS DE PRUEBA DE 4 MM TIPO BARRIL, BATERÍA ALCALINA DE 9 V INSTALADA, MANUAL DE USUARIO.
30	CUMPLA CON CERTIFICADO TUV.
31	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
 DRÁ. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz




ME LLENA DE OROULLO

RENLÓN 226

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO:	
PATIN HIDRÁULICO	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	SISTEMA HIDRÁULICO.
2	PARA SOPORTAR COMO MÍNIMO 2 TONELADAS.
3	CONTROL MANUAL.
4	RADIO DE GIRO MÍNIMO DE 210°.
5	LLANTAS DE POLIURETANO DE MÍNIMO 7". LLANTAS DE POLIURETANO DE 3" PARA HORQUILLA. O MAYOR TECNOLOGÍA
6	MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
8	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

RENLÓN 227

NOMBRE GENÉRICO:	
ROTOMARTILLO TALADRO INALÁMBRICO	
CLAVE S.S. :S/C	
LICITACIÓN NO.	
NO. DE LOTE:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</b>	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ROTOMARTILLO TALADRO INALÁMBRICO
2	REVOLUCIONES POR MINUTO: 0 - 1, 400
3	BATERÍA DE 18V A 24V COMO MÍNIMO.
4	CONSUMO APROXIMADO DE 3 A 4.7A MÍNIMO.
5	INCLUYA CAJA DE HERRAMIENTAS Y ADAPTADORES.
6	1 BATERÍA DE RESPUESTO.
7	PESO APROXIMADO 3 KG.
8	BOTON PARA ACTIVAR CAMBIO DE DIRECCIÓN, REVERSIBLE.
9	BOTON DE TRABAJO CONTINUO.
10	POTENCIA APROXIMADA: 710W.
11	CABLE CARGADOR O BASE CARGADOR DE ACUERDO A TECNOLOGÍA OFERTADA.
12	GARANTÍA DE DOS AÑOS, A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA.
13	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.



DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO  
FICHA TÉCNICA

RENLÓN 228

NOMBRE GENÉRICO:  
**SET DE HERRAMIENTAS**

CLAVE S.S.: S/C

LICITACION NO.  
NO. DE LOTE:  
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 2

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	DOS JUEGO DE 30 LLAVES ALLEN 15 TAMAÑO ESTÁNDAR: 0.028, 0.035, 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8; TAMAÑO MILIMÉTRICAS: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 MM.
2	DOS JUEGOS DE 9 LLAVES TORX MEDIDAS: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
3	DOS MATRACA CABEZA REDONDA 5 1/8" LARGO CON JUEGO DE 12 DADOS COMPATIBLES DE VARIAS MEDIDAS. (ESTANDAR Y MILIMÉTRICOS)
4	JUEGO DE DESARMADOR PLANO MANCO DE ACETATO, PUNTA MAGNÉTICA. MEDIDAS: 3/16 X 4, 1/4 X 1 1/2, 1/4 X 4, 1/4 X 6, 5/16 X 6, 3/8 X 8. (CUATRO JUEGOS)
5	CUATRO JUEGOS DE DESARMADOR DE CRUZ MANGO DE ACETATO, PUNTA MAGNETIZADA. MEDIDAS: 1/8 X 4, 3/8 X 8, 1/8 X 6, 1/8 X 8, 3/16 X 3, 3/16 X 6, 3/16 X 8, 1/4 X 1 1/2, 1/4 X 4, 1/4 X 4, 1/4 X 6, 1/4 X 8, 5/16 X 6.
6	SEIS LLAVES AJUSTABLES ( PERICO) - VARIAS MEDIDAS
7	DOS PINZAS DE PRESIÓN DOS DE MORDAZA CURVA Y OTRA DE MORDAZA RECTA.
8	DOS PINZA PELACABLE 9" DE 7 MEDIDAS DISTINTAS CON CUATRO MORDAZAS PARA CRIMPAR.
9	DOS JUEGOS DE LLAVES ESPAÑOLAS COMBINADAS TAMAÑO ESTÁNDAR: 1/4" X 95 MM, 5/16" X 100 MM, 3/8" X 120 MM, 7/16 X 130 MM, 1/2" X 145 MM, 9/16" X 165 MM, 5/8" X 190 MM, 11/16" X 205 MM, 3/4" X 230 MM; MILIMÉTRICAS: 6 MM X 95 MM, 7 X 95 MM, 8 X 100 MM, 9 X 110 MM, 10 X 120 MM, 11 X 130 MM, 12 MM X 140 MM, 13 MM X 145 MM, 14 MM X 165 MM.
10	CUATRO MARTILLO DE UÑA CURVA, PULIDO, MANGO DE HICKOR Y CABEZA DE 16 OZ. Y BOCA DE 1/8".
11	CUATRO SETS DE ELECTRICISTA INCLUYE: 6 DESARMADORES DE JOYERO PUNTA PLANA Y PHILIPS, 4 MINI PINZAS COMFORT GRIP DE CORTE DIAGONAL, TIPO TENAZA, DE ELECTRICISTA Y DE PUNTA DE AGUJA.
12	CUATRO PINZAS DE ELECTRICISTA PROFESIONAL 9" MANGO DE VINIL.
13	CUATRO PINZAS DE PUNTA Y CORTE DE 6" MANGO DE VINIL.
14	CUATRO PINZAS DE CORTE DIAGONAL DE 6" MANGO DE VINIL.
15	DOS LLAVE STILSON 10", 8", 15 " DE CADA UNA
16	DOS NIVELES CLÁSICOS DE 10" CON GOTAS INTERCAMBIABLES CON MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL IMPACTO.
17	CUATRO GOGGLES DE SEGURIDAD CON RESPIRADOR ANTI-EMPAÑANTE DE POLICARBONATO.
18	CUATRO FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO DE 5 MTS (16 FT), TOPE MAGNÉTICO
19	DOS CAUTÍN TIPO LÁPIZ 30 WATTS Y 2 PUNTAS DE REPUESTO, TRABAJO LIGERO (340°C) CON SOPORTE PARA CAUTÍN CON LIMPIADOR DE ESPONJA.
20	DOS CAJAS PARA HERRAMIENTAS INDUSTRIAL FABRICADA EN POLIPROPILENO CON BROCHE METÁLICO PESO DE 3 KG DE 23" X 10".
21	CUATRO EXTENSIONES DE 20 MTS. USO RUDO
22	UNA CORTADORA DE BANCO DE REGUILETE DE 1/2 HP
23	UN TORNILLO DE BANCO
24	DOS BANCOS DE TRABAJO
25	UN COMPRESOR MECANICO CON PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD Y CON 20 MTS DE MANGUERA A 120V



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO  
FICHA TÉCNICA

RENLÓN 228

NOMBRE GENÉRICO:

SET DE HERRAMIENTAS

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.

NO. DE LOTE:


CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PAGINA 2 DE 2

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

NO.

- |    |   |
|----|---|
| 26 | UNA PLANTA PARA SOLDAR 120V, 60 HZ  |
| 27 | DOS ARCOS   |
| 28 | DOS SERRUCHOS   |
| 29 | DOS ESCUADRAS   |
| 30 | UNA PULIDORA/CORTADORA 120V   |
| 31 | DOS SOPLETES PARA SOLDAR COBRE  |
| 32 | UN AMPERIMETRO DE GANCHO  |
| 33 | UNA ESCALERILLA DE TIJERA DE CINCO PELDAÑOS                                   |
| 34 | GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN CADA ELEMENTO DEL SET |
| 35 | CERTIFICADO ISO9001-2000 VIGENTE POR CADA ELEMENTO DEL SET                    |

  
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud


SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 229

NOMBRE GENÉRICO:	
CARRETILLA PORTABULTOS	
CLAVE S.S.:S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	BARRA PROTECTORA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2	BARRA DE ACERO DE 25.4 MM DE DIÁMETRO UNIDAS A ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA TÉRMICA, ACABADO EN COLOR ARENA.
3	MANGO DE HULE ESTRIADO.
4	RUEDAS LLANTA SOLIDA.
5	SOLERA DE 38 X 9 MM., ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
6	TUBO DE ACERO DE 19 MM. DE DIÉMTRO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
7	GARANTÍAA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
8	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. ROMINA GUTÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES  
FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO:	
ESCALERA ALTA	
CLAVE S.S.: S/C	
LICITACIÓN NO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	
CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
PÁGINA 1 DE 1	
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ESCALERA DE 32 PIES CON ALCANCE DE 9 METROS COMO MÍNIMO
2	DE ALUMINIO.
3	CAPACIDAD DE CARGA DE 170KG COMO MÍNIMO.
4	CON PROTECTORES O TAPA PARA MEJOR AGARRE A LA SUPERFICIE Y EVITAR DAÑOS EN LAS PAREDES.
5	PELDAÑOS EN FORMA "D".
6	TRAMPA CON SISTEMA DE SEGURIDAD.
7	TACONES MÓVILES CON SUELA DE GOMA ANTIDERRAPES.
8	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
9	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

  
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO  
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE OROULLO

**DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES**  
**FICHA TÉCNICA**

**RENGLÓN 231**

NOMBRE GENÉRICO:

**JUEGO DE JARDINERÍA**

CLAVE S.S.: :S/C

LICITACIÓN NO.

NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 2

**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:**

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	JUEGO GRANDE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDES.
1	TRES PALAS PARA JARDÍN DE 15 PULGADAS
1.1	CON CASQUILLO METÁLICO
1.2	MANGO ERGONÓMICO DE MADERA PULIDO.
1.3	DIMENSIONES 53.2 X 8.8 X 2.8 CM
1.4	CON UN ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR PARA COLGARLO.
2	PALA CUADRADA
2'1	DE 40 PULGADAS
2'2	CABEZA DE ACERO
2'3	AGARRADERA PLÁSTICA QUE RESISTA LA CORROSIÓN
2'4	CON MANGO ENGOMADO Y DE MADERA PULIDO
2'5	DIMENSIONES 104 X 24.5 X 16 CM
3	PALA REDONDA CON TERMINACIÓN EN PUNTA.
3.1	CON CABEZA Y ARILLO EN METAL DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.
3.2	MANGO DE MADERA PULIDO Y EMPUÑADURA TIPO "Y"
3.3	CON CASQUILLO METÁLICO Y CABEZA CON HOMBROS HACIA ATRÁS.
3.4	DIMENSIONES SON 102 X 22 CM
4	RASTRILLO STANDARD
4.1	RASTRILLO REFORZADO.
4.2	TROQUELADO DE 1/4" DE ESPESOR.
4.3	MANGO EN MADERA PULIDO DE 60" LARGO.
4.4	CABEZA FABRICADA EN ACERO DE 16" CON 16 DIENTES.
4.5	DIMENSIONES 155 X 42 CM
5	TIJERAS PARA PODAR A DOS MANOS
5.1	DE 19 PULGADAS
5.2	CON MUESCA PARA CORTE DE RAMAS.