



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 1

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LIQUIDACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: COJIN SELLO

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	COJIN SELLO TINTA COLOR NEGRO TAMAÑO 6.5 X 10 CM. GARANTIA 6 MESES 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 2

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CESTO BASURA

MOBILIARIO GENERAL PARA SLPR BOTE DE BASURA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>CESTO DE BASURA CONSTRUCCION TOTAL EN PLASTICO COLOR NEGRO BORDES REDONDOS MEDIDAS: LARGO 28.9 CM POR ANCHO 21 CM POR ALTO 30.8 CM GARANTIA 6 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 3

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 12	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CARPETAS PARA EXPEDIENTE MEDICO

MOBILIARIO GENERAL PARA SLPR CARPETA PORTA-EXPEDIENTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	CARPETAS PARA EXPEDIENTE MEDICO ELABORADA DE ALUMINIO CON TABLA Y TAPA ESQUINAS REDONDAS CAPACIDAD DE 50 HOJAS TAMAÑO CARTA BROCHE APRIETA PAPEL TIPO BINDER CLIP ABRE FACIL. MEDIDAS FRENTE 22.8 CM Y ALTO 31 CM. GARANTIA 6 MESES 	12

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSYAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 4

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA DE MATERIAL PLASTICO

MOBILIARIO GENERAL PARA SLPR SILLA PARA ACOMPAÑANTE

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>SILLA CON ASIENTO DE PROPILENO PATAS DE MADERA MEDIDAS: 81 CM, ANCHO 51 CM, LARGO 46 CM ALTURA DEL ASIENTO 45 CM. COLOR INDISTINTO RESISTE HASTA 100 KG GARANTIA 6 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSYAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 5

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50615 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO ESCRITORIO

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PAQUETE DE PAPELERÍA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	<p>JUEGO ESCRITORIO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PAQUETE PAPELERÍA.</p> <p>1 PAQUETE DE JUEGO DE ESCRITORIO CON MATERIAL DE PAPELERIA INCLUYE:</p> <p>2 TIJERAS METALICAS Nº 7 ACERO INOXIDABLE C/MANGO DE PLASTICO PARA ZURDOS</p> <p>3 TIJERAS METALICAS Nº7 ACERO INOXIDABLE C/MANGO DE PLÁSTICO</p> <p>8 TABLAS SUJETA DOCUMENTOS HECHA CON MADERA AGLOMERADA CON CLIP METALICO, BORDES SEMIREDONDOS, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 22.5 X 31.5 CM.</p> <p>4 PAQUETES DE MARCADORES (PLUMONES) PERMANENTE ROJO, AZUL Y NEGRO (3 PIEZAS C/U)</p> <p>8 CAJAS DE LÁPICES DE COLORES DE MADERA (12 PIEZAS C/U)</p> <p>100 PLIEGOS DE CARTULINA FLUORESCENTE ROSA</p> <p>100 PLIEGOS DE CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA</p> <p>100 PLIEGOS DE CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO</p> <p>100 PLIEGOS DE CARTULINA FLUORESCENTE VERDE LIMÓN</p> <p>100 PLIEGOS DE CARTULINA FLUORESCENTE AZUL</p> <p>3 PAQUETES DE MARCADORES PARA PINTARRÓN, COLORES VERDE, ROJO, NEGRO, AZUL (4 PIEZAS C/U)</p> <p>2 CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 48 MM x 50 MTS</p> <p>2 CINTAS CANELA 24 X 65 MTS</p> <p>2 CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 24 X 65 MTS</p> <p>4 CAJAS DE BOLÍGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL,12 PIEZAS C/U</p> <p>4 CAJAS DE BOLÍGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO,12 PIEZAS C/U</p> <p>4 CAJAS DE BOLÍGRAFO PUNTO FINO COLOR ROJO,12 PIEZAS C/U</p> <p>2 PAQUETES DE FOLDERS COLOR LILA TAMAÑO CARTA (25 PIEZAS C/U)</p> <p>4 ENGRAPADORAS CLASICA MANUAL DE ESCRITORIO. CAPACIDAD DE 20 HOJAS, PARA USAR CON GRAPAS DE ESCRITORIO DE 1/4"</p> <p>4 DESENGRAPADORAS QUITA GRAPAS OFICINA ESCOLAR PAPELERIA UÑA</p> <p>4 CUTTER RETRACTIL LARGO 6" POR 18MM DE ANCHO</p> <p>30 PLIEGOS DE PAPEL BOND BLANCO DE 70 X 95 CM, MÁXIMA BLANCURA</p> <p>4 PAQUETES DE PAPEL BOND ECOLOGICO T/CARTA 37 KG/75 G/M2 86% BLANCURA, 100% RECICLABLE, FABRICADO CON PAPEL RECICLADO (500 HOJAS C/U).</p>	1



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 5

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50615 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO ESCRITORIO

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PAQUETE DE PAPELERÍA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	2 PAQUETES DE OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 125 G. (100 HOJAS C/U). 3 LIBRETAS FORMA FRANCESA, PASTA DURA PLASTIFICADA, RAYA, MEDIDAS 16 X 21.5 CM, PAPEL BOND 56 GR, 240 HOJAS. 20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS (100C/U). 4 CORRECTORES LIQUIDOS 20 ML C/U 2 CARPETAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA 23.5 CM ANCHO X 29.5 CM LARGO 1 CAJA DE GRAPAS (5,040 PZS C/U) 2 CAJAS DE GISES DE COLORES SURTIDOS CON 150 PIEZAS C/U. 48 LÁPICES NO.2 DE GRAFITO, CUERPO HEXAGONAL, HECHURA DE MADERA DE ALTA CALIDAD, GOMA SUAVE, NO TÓXICO 2 ROLLOS DE PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 20MTS C/U 6 MESES DE GARANTIA	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 6

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50615 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO ESCRITORIO

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA O MATERIAL DIDÁCTICO Y LOTE DE PAPELERÍA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO Y LOTE DE PAPELERIA</p> <p>1 PAQUETE DE JUEGO DE ESCRITORIO QUE INCLUYE:</p> <p>2 ROLLOS DE CORCHO 1.20M X 60 CM X 2MM</p> <p>1 BORRADOR PARA PINTARRÓN</p> <p>8 TABLAS SUJETA DOCUMENTOS HECHA CON MADERA AGLOMERADA CON CLIP METALICO, BORDES SEMIREDONDOS, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 22.5 X 31.5 CM</p> <p>16 PAQUETES DE MARCADORES (PLUMONES DE AGUA) PERMANENTE ROJO, AZUL Y NEGRO (3PIEZAS C/U)</p> <p>10 FRASCOS DE PINTURA ACRILICA ROSA 25ML COLOR ROJO</p> <p>10 FRASCOS DE PINTURA ACRILICA ROSA 25ML COLOR VERDE</p> <p>10 FRASCOS DE PINTURA ACRILICA ROSA 25ML COLOR AZUL</p> <p>10 FRASCOS DE PINTURA ACRILICA ROSA 25ML COLOR AMARILLO</p> <p>16 PAQUETES DE MARCADORES PARA PINTARRÓN, COLORES VERDE, ROJO, NEGRO, AZUL 84 PIEZAS C/U)</p> <p>8 CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 48MM X 50 METROS</p> <p>8 CINTAS CANELA 24 X 65 MTS</p> <p>4 CINTAS ADHESIVA TRANSPARENTE 24 X 65 MTS</p> <p>12 PIEZAS DE PEGAMENTO BLANCO EN BARRA 36GR. C/U</p> <p>3 PIEZAS DE PEGAMENTO BLANCO LIQUIDO, 225 GRS</p> <p>6 CAJAS DE BOLÍGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL,12 PIEZAS C/U</p> <p>1 PIZARRÓN DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO - 3 X 2"</p> <p>8 PAQUETES DE FOLDERS COLOR LILA TAMAÑO CARTA (25 PIEZAS C/U)</p> <p>3 ENGRAPADORA CLÁSICA MANUAL DE ESCRITORIO. CAPACIDAD DE 20 HOJAS, PARA USAR CON GRAPAS DE ESCRITORIO DE 1/4"</p> <p>3 DESENGRAPADORA QUITA GRAPAS OFICINA ESCOLAR PAPELERIA UÑA</p> <p>3 CUTTERS RETRACTIL LARGO 6" POR 18MM DE ANCHO</p> <p>25 BLOCK PARA ROTAFOLIO 61X80 CM 25HOJAS</p> <p>15 PAQUETES DE PAPEL BOND ECOLOGICO T/CARTA 37KG/75 G/M2 86% BLANCURA, 100%RECICLABLE, FABRICADO CON PAPEL RECICLADO (500 HOJAS C/U)</p> <p>2 CAJAS DE GOMA PLÁSTICA BLANCA LIBRE DE PVC EN FORMA DE BLOQUE (30 PIEZAS CADA UNO)</p> <p>10 LIBRETAS FORMA FRANCESA, PASTA DURA PLASTIFICADA,RAYA, MEDIDAS 16 X 21.5 CM. PAPEL BOND 56 GRAMOS. 240 HOJAS</p>	1



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 6

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50615 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO ESCRITORIO

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA O MATERIAL DIDÁCTICO Y LOTE DE PAPELERÍA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	3 CARPETAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA 23.5CM ANCHO X 29.5CM LARGO 1 CAJA DE GRAPAS (5,040 Pzs C/U) 4 CAJAS DE GISES DE COLORES SURTIDOS CON 150 PIEZAS C/U 24 LÁPICES NO. 2 DE GRAFITO, CUERPO HEXAGONAL, HECHURA DE MADERA DE ALTA CALIDAD, GOMA SUAVE, NO TÓXICO 10 SOBRES DE PLASTICO, TAMAÑO OFICIO, COMPARTIMIENTO ÚNICO, CON RONDANA, IMPERMEABLE 6 MESES DE GARANTÍA	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 7

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50615 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO ESCRITORIO

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PAQUETE DE PAPELERÍA PARA LA FACILITACIÓN DE GRUPOS DE LA INTERVENCIÓN DE REEDUCACIÓN

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	<p>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PAQUETE DE PAPELERÍA PARA LA FACILITACIÓN DE GRUPOS DE LA INTERVENCIÓN DE REEDUCACIÓN</p> <p>1 PAQUETE DE JUEGO DE ESCRITORIO CON MATERIALDE PAPELERIA INCLUYE:</p> <p>8 TIJERAS METALICAS Nº7 ACERO INOXIDABLE C/MANGO DE PLÁSTICO</p> <p>16 TABLAS SUJETA DOCUMENTOS HECHA CON MADERA AGLOMERADA CON CLIP METALICO, BORDES SEMIREDONDOS, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 22.5 X 31.5 CM.</p> <p>32 CAJAS DE LÁPICES DE COLORES DE MADERA (12 PIEZAS C/U)</p> <p>100 PLIEGOS DE CARTULINA FLUORESCENTE ROSA</p> <p>100 PLIEGOS DE CARTULINAFLUORESCENTE NARANJA</p> <p>100 PLIEGOS DE CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO</p> <p>100 PLIEGOS DE CARTULINA FLUORESCENTE VERDE LIMÓN</p> <p>100 PLIEGOS DE CARTULINA FLUORESCENTE AZUL</p> <p>100 PLIEGOS DE CARTULINA FLUORESCENTE BLANCA</p> <p>100 PLIEGOS DE CARTULINA FLUORESCENTE NEGRA</p> <p>16 PAQUETES DE MARCADORES PARA PINTARRÓN, COLORES VERDE, ROJO, NEGRO, AZUL (4 PIEZAS C/U)</p> <p>20 CAJAS DE CLIP CUADRADO NIQUELADO DEL Nº2 INOXIDABLE (100 PIEZAS C/U).</p> <p>8 CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 48 MM x 50 MTS</p> <p>8 CINTAS CANELA 24 X 65 MTS</p> <p>4 CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 24 X 65 MTS</p> <p>12 PIEZAS DE PEGAMENTO BLANCO, 225 GR.</p> <p>6 CAJAS DE BOLÍGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL,12 PIEZAS C/U</p> <p>6 CAJAS DE BOLÍGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO,12 PIEZAS C/U</p> <p>6 CAJAS DE BOLÍGRAFO PUNTO FINO COLOR ROJO,12 PIEZAS C/U</p> <p>15 SOBRES DE PLÁSTICO, TAMAÑO OFICIO, COMPARTIMENTO ÚNICO, CON RONDANA, IMPERMEABLE.</p> <p>8 PAQUETES DE FOLDERS COLOR LILA TAMAÑO CARTA (25 PIEZAS C/U)</p> <p>4 ENGRAPADORAS CLASICA MANUAL DE ESCRITORIO. CAPACIDAD DE 20 HOJAS, PARA USAR CON GRAPAS DE ESCRITORIO DE 1/4"</p> <p>8 DESENGRAPADORAS QUITA GRAPAS OFICINA ESCOLAR PAPELERIA UÑA</p>	1



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 7

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50615 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO ESCRITORIO

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PAQUETE DE PAPELERÍA PARA LA FACILITACIÓN DE GRUPOS DE LA INTERVENCIÓN DE REEDUCACIÓN

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	8 CUTTERS RETRACTIL LARGO 6" POR 18MM DE ANCHO 100 PLIEGOS DE PAPEL BOND BLANCO DE 70 X 95 CM, MÁXIMA BLANCURA 8 PAQUETES DE PAPEL BOND ECOLOGICO T/CARTA 37 KG/75 G/M2 86% BLANCURA, 100% RECICLABLE, FABRICADO CON PAPEL RECICLADO (500 HOJAS C/U). 4 PAQUETES DE OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 125 G. (100 HOJAS C/U). 20 PORTAGAFETTES -3 X 4", ALTOS, ESTILO CON CLIP, CLIP "BULLDOG" DE METAL, TAMAÑO DE TARJETA: 3 X 4" 20 LIBRETAS FORMA FRANCESA, PASTA DURA PLASTIFICADA, RAYA, MEDIDAS 16 X 21.5 CM, PAPEL BOND 56 GR, 240 HOJAS. 20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS (100C/U). 8 CORRECTORES LIQUIDOS 20 ML C/U 4 CARPETAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA 23.5 CM ANCHO X 23.5 CM LARGO. 5 CAJA DE GRAPAS (5,040 PZS C/U) 4 CAJAS DE GISES DE COLORES SURTIDOS CON 150 PIEZAS C/U. 4 BARRAS DE PLASTILINA COLOR ROJO 4 BARRAS DE PLASTILINA COLOR VERDE 4 BARRAS DE PLASTILINA COLOR AZUL 24 LÁPICES NO.2 DE GRAFITO, CUERPO HEXAGONAL, HECHURA DE MADERA DE ALTA CALIDAD, GOMA SUAVE, NO TÓXICO 4 SOBRES DE PLÁSTICO, TAMAÑO OFICIO, COMPARTIMENTO ÚNICO, CON RONDANA, IMPERMEABLE. 6 MESES DE GARANTÍA	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Román B

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21401	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50615 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TONER

SUMINISTROS INFORMÁTICOS TONER O CARTUCHOS PARA IMPRESORA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	TONER. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SUMINISTROS INFORMÁTICOS TONER O CARTUCHOS PARA IMPRESORA_VER. 1 PAQUETE QUE INCLUYA: 8 PIEZAS DE TONER DE TINTA NEGRA DE ALTO RENDIMIENTO COMPATIBLE CON IMPRESORA: SAMSUNG C4010ND MODELO DEL TONER: CLT-K603L TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER 6 MESES DE GARANTIA	1



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


Renglón 9

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21601	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ATOMIZADOR

VER ADITAMENTOS EN TRABAJO DE PARTO Y PARTO PARA SLPR. DIFUSOR DE ESENCIAS PARA AROMATERAPIA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	ATOMIZADOR DIFUSOR DE ESENCIAS PARA AROMATERAPIA DE 100 A 500 ML DE FLUIDO (AGUA O ESENCIA LIQUIDA) LIBERADOR DE NIEBLA SUAVE Y FINA. DESCONEXION AUTOMATICA CON TEMPORIZADOR. INCLUYE 10 ESENCIAS DE AROMA INDISTINTO ELABORADO DE MATERIAL PLASTICO CON INSTRUCTIVO DE USO GARANTIA: 6 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 10

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21701	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FIGURAS DIDACTICAS

KIT DIDÁCTICO PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MÓVIL "EDUSEX" DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>FIGURAS DIDÁCTICAS KIT DIDÁCTICO PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MÓVIL "EDUSEX" DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES</p> <p>CONDÓN EXTERNO DE TELA (MODELO A ESCALA GIGANTE) INCLUYE:</p> <p>1 SOBRE DE TELA CON VELCRO (70 CM LARGO Y 70 CM DE ANCHO) 1 CONDÓN DE TELA (1.50M DE ALTO, DIÁMETRO 65 CM) INSTRUCTIVO CON ORIENTACIONES PARA LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO</p> <p>IMPRESIÓN SUBLIMADA A UNA TINTA DE LOS LOGOTIPOS OFICIALES EN EL SOBRE DE TELA LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (12 CM ANCHO X 5 CM ALTO), SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (18 CM ANCHO X 5 CM ALTO), VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO (18 CM ANCHO X 5 CM ALTO), DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ (23 CM ANCHO X 5.5 CM ALTO). GARANTÍA POR 6 MESES</p> 	1



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 10

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21701	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FIGURAS DIDACTICAS

KIT DIDÁCTICO PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MÓVIL "EDUSEX" DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 CONCENTRESEX - EL DIVERTIDO JUEGO DE LA ANTICONCEPCIÓN</p> <p>JUEGO INCLUYE:</p> <p>JUEGO PARA EDADES 10 A 19 AÑOS</p> <p>1 PENDÓN IMPRESO EN LONA A COLOR DE 1 MT X 1.20 MT</p> <p>36 TARJETAS PLASTIFICADAS A COLOR EN PROPALCOTE (9X13CM)</p> <p>15 TARJETONES CON FOTOS E ILUSTRACIONES DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y SUS RESPECTIVAS EXPLICACIONES EN PAPEL PROPALCOTE 300 GR.</p> <p>1 TUBO PORTA-TABLERO EN ALUMINIO DELGADO (1 MT)</p> <p>MALETÍN TRANSPORTADOR EN LONA IMPERMEABLE</p> <p>INCLUYE INSTRUCTIVO DEL JUEGO EN PAPEL COUCHE 250 GR.</p> <p>GARANTÍA POR 6 MESES</p>  	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 10

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21701	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FIGURAS DIDACTICAS

KIT DIDÁCTICO PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MÓVIL "EDUSEX" DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>SEXUALICASOS</p> <p>JUEGO INCLUYE:</p> <p>18 TARJETAS CON CASOS PARA ANALIZAR DIFERENTES TEMAS POR GRUPOS DE EDADES (10 A 14 AÑOS Y 15 A 19 AÑOS)</p> <p>TEMÁTICAS ABORDADAS:</p> <p>ABUSO SEXUAL</p> <p>VIOLENCIA INTRAFAMILIAR</p> <p>EQUIDAD DE GÉNERO</p> <p>AUTOEROTISMO</p> <p>ADOPCIÓN</p> <p>EMBARAZO NO DESEADO Y/O INOPORTUNO</p> <p>SEXUALIDAD Y FUENTES DE COMUNICACIÓN VIRTUAL</p> <p>VIH-SIDA</p> <p>DIVERSIDAD SEXUAL</p> <p>EXPRESIONES AFECTIVAS Y OTROS MÁS CON SITUACIONES COTIDIANAS QUE INVOLUCRAN NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y ADULTOS</p> <p>1 TARJETA CON LA ALTERNATIVA CORRECTA EN CADA CASO</p> <p>1 GUÍA EXPLICATIVA SOBRE LAS RAZONES PARA DESCARTAR LAS OTRAS ALTERNATIVAS.</p> <p>GARANTÍA POR 6 MESES</p> <p>SEXUALICASOS</p> 	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 10

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21701	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FIGURAS DIDÁCTICAS

KIT DIDÁCTICO PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MÓVIL "EDUSEX" DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 JUEGO AL AIRE LIBRE JENGA GIGANTE</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>60 BLOQUES MADERA NATURAL</p> <p>BLOQUES DE MADERA DE 27 CM X 6.4 CM X 4 CM</p> <p>30 BLOQUES MAQUINADOS PARA COLOCAR CONDONES MASCULINOS (ESPACIOS 3CM ALTURA, 6X6 CM ANCHO Y LARGO) (15 PIEZAS CON 1 BARRENO Y 15 CON 2 BARRENOS)</p> <p>ACABADO FINO Y PULIDO</p> <p>PUNTAS REDONDEADAS</p> <p>PESO 15 KG</p> <p>IMPRESIÓN DE LOGOS OFICIALES EN SERIGRAFIA DE ALTA DEFINICIÓN CADA PIEZA</p> <p>LOGOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (4.5 CM ACHO x 2 CM ALTO), SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (7 CM ANCHO X 2 CM ALTO) , VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO (7 CM ANCHO X 2 CM ALTO), DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ (7 CM ANCHO X 2 CM ALTO).</p> <p>IMPRESIÓN A UNA SOLA TINTA: COLOR NEGRO</p> <p>GARANTÍA POR 6 MESES</p> 	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 11

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21701	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FIGURAS DIDACTICAS

KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS E INFORMATIVOS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS AMIGABLES



RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS E INFORMATIVOS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS AMIGABLES.</p> <p>QUE CONTEGA:</p> <p>1 CONCENTRESEX - EL DIVERTIDO JUEGO DE LA ANTICONCEPCIÓN</p> <p>EL JUEGO QUÉ INCLUYE:</p> <p>1 PENDÓN IMPRESO EN LONA A COLOR DE 1 MT X 1.20 MT CON 1 OJILLO EN CADA ESQUINA</p> <p>36 TARJETAS PLASTIFICADAS A COLOR EN PAPEL PROPALCOTE DE 300GR. (MEDIDAS 9X13CM)</p> <p>15 TARJETONES CON FOTOS E ILUSTRACIONES A COLOR DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y SUS RESPECTIVAS EXPLICACIONES EN PAPEL PROPALCOTE 300GR.</p> <p>1 MALETÍN TRANSPORTADOR EN LONA IMPERMEABLE MEDIDAS 16.5 X 14 X 5.5 CM</p> <p>INSTRUCTIVO DEL JUEGO EN PAPEL COUCHE 250 GR.</p> <p>PARA EDADES DE 10 A 19 AÑOS</p> <p>GARANTÍA POR 6 MESES</p>  	10



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 11

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN		HOJA:
LICITACIÓN		PROVEEDOR:
PARTIDA: 21701		MARCA:
CANTIDAD: 10		MODELO:
CLAVE S.S.: S/C		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA		ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
		CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: FIGURAS DIDACTICAS KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS E INFORMATIVOS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS AMIGABLES		
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 MODELO DE DEMOSTRACIÓN FC2 O-CUBE PARA CONDÓN FEMENINO O INTERNO O-CUBE LÁMINA DE PVC DE 25 MICRAS (SIN PHTHALATES 6P) DIMENSIONES: 10X10X10CM DIÁMETRO DEL CILINDRO INTERIOR: 4,5MM DIMENSIONES DEL EMPAQUETE TRANSPORTACIÓN DEL O: 14CM X 17CM INSTRUCTIVO ILUSTRADO IMPRESO SOBRE EL O-CUBE. GARANTIA POR 6 MESES</p>  	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 11

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21701	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FIGURAS DIDÁCTICAS

KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS E INFORMATIVOS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS AMIGABLES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 JUEGO: SEXUALICASOS</p> <p>INCLUYE 18 TARJETAS CON CASOS PARA ANALIZAR CON DIFERENTES TEMAS POR GRUPOS DE EDADES (10 A 14 AÑOS Y 15 A 19 AÑOS)</p> <p>TEMÁTICAS ABORDADAS:</p> <p>ABUSO SEXUAL</p> <p>VIOLENCIA INTRAFAMILIAR</p> <p>EQUIDAD DE GÉNERO</p> <p>AUTOEROTISMO</p> <p>ADOPCIÓN</p> <p>EMBARAZO NO DESEADO Y/O INOPORTUNO</p> <p>SEXUALIDAD Y FUENTES DE COMUNICACIÓN VIRTUAL</p> <p>VIH-SIDA</p> <p>DIVERSIDAD SEXUAL</p> <p>EXPRESIONES AFECTIVAS Y OTROS MÁS CON SITUACIONES COTIDIANAS QUE INVOLUCRAN NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y ADULTOS</p> <p>1 TARJETA CON LA ALTERNATIVA CORRECTA EN CADA CASO MATERIAL COUCHE 250 GR.</p> <p>1 GUÍA EXPLICATIVA SOBRE LAS RAZONES PARA DESCARTAR LAS OTRAS ALTERNATIVAS. MATERIAL COUCHE 250 GR.</p> <p>GARANTÍA POR 6 MESES.</p> 	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

REnglon 11

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21701	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FIGURAS DIDACTICAS

KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS E INFORMATIVOS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS AMIGABLES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 KIT REPRODUCTOR FEMENINO QUE INCLUYE: VULVA 13.5CM ALTO X 10CM ANCHO (MODELO DE JOVEN) DE SILICONA COLOR MARRON CLARO GARANTÍA POR 6 MESES</p> 	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 11

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21701	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FIGURAS DIDACTICAS

KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS E INFORMATIVOS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS AMIGABLES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>KIT REPRODUCTOR MASCULINO</p> <p>INCLUYE:</p> <p>PENE CON ESCROTO 13.5CM ALTO (MODELO DE JOVEN) DE SILICONA</p> <p>COLOR MARRON CLARO</p> <p>GARANTÍA POR 6 MESES</p> <p style="text-align: center;">Kit Reproductor</p> 	

MG



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 11

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21701	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FIGURAS DIDACTICAS

KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS E INFORMATIVOS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS AMIGABLES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 JUEGO AL AIRE LIBRE JENGA GIGANTE, QUE INCLUYE: 60 BLOQUES MADERA NATURALDE 27 CM X 6.4 CM X 4 CM. 30 BLOQUES MAQUINADOS PARA COLOCAR CONDONES MASCULINOS (ESPACIOS 3 CM ALTURA, 6X6 CM ANCHO Y LARGO) (15 PIEZAS CON 1 BARRENO Y 15 CON 2 BARRENOS) ACABADO FINO Y PULIDO PUNTAS REDONDEADAS PESO TOTAL DEL JUEGO 15 KG IMPRESIÓN DE LOGOS OFICIALES DEL PROGRAMA EN SERIGRAFIA DE ALTA DEFINICIÓN CADA PIEZA. (COMO SE MUESTRA EN IMAGEN) LOGOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (4.5 CM ACHO x 2 CM ALTO), SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (7 CM ANCHO X 2 CM ALTO) , VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO (7 CM ANCHO X 2 CM ALTO), DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ (7 CM ANCHO X 2 CM ALTO). IMPRESIÓN A UNA SOLA TINTA: COLOR NEGRO GARANTÍA POR 6 MESES</p> 	



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 12

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 22301	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 537.147.0013	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BUDINERA
BUDINERA MEDIANA PARA MODULO VSB

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>BUDINERA MEDIANA CON TAPA PARA SOLUCIONES PARA MODULO VSB</p> <p>TAMAÑO MEDIANA</p> <p>MEDIDAS: 23.5 X 13.3 X 6.99 CM</p> <p>ACERO INOXIDABLE</p> <p>GARANTÍA DE 12 MESES.</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 13

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25101	MARCA:
CANTIDAD: 198	MODELO:
CLAVE S.S.: 080.830.8084	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

REACTIVOS QUÍMICOS ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO. GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR. FRASCO CON 1 LITRO. TA.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR.</p> <p>RA.</p> <p>ACS.</p> <p>FRASCO CON 1000 ML.</p> <p>TA.</p> <p>GARANTÍA DE 18 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA EN EL ALMACÉN DE SESVER</p> <p>CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS EMITIDO POR LA COFEPRIS.</p> <p>SE SOLICITA MUESTRA PREVIA PARA VALIDAR.</p> 	198

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 14

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25301	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: 010.000.0262.00	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LIDOCAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 1 G ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA CON 50 ML

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 1G ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA CON 50 ML CADUCIDAD 18 MESES</p>  <p>Lidocaina FRASCO ÁMPULA 50 ML</p>	5

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 15

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 1000	MODELO:
CLAVE S.S.: 060.621.0656	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CUBREBOCA QUIRÚRGICO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA. UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE COLOR AZUL GARANTÍA 12 MESES	1,000



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 16

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 40	MODELO:
CLAVE S.S.: 060.550.2186	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

Nombre genérico: JERINGAS.

JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTÉRIL Y DESECHABLE.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	JERINGA PARA INSULINA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES CON CAPACIDAD DE 1ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE LONGITUD 13MM CALIBRE 27 G. ESTÉRIL DESECHABLE. PIEZA GARANTÍA 12 MESES	40

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 17

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 20	MODELO:
CLAVE S.S.: 060.436.0693	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: GASA ESTERILIZADA
PARA MODULO VSB

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	GASA ESTERILIZADA SECA CORTADA DE ALGODÓN MATERIAL RADIOPACO ESTÉRIL MEDIDAS 10X10 ENVASE CON 10 PIEZAS GARANTÍA 12 MESES	20

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

REnglón 18

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 1300	MODELO:
CLAVE S.S.: 060.483.0125	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: HOJA PARA BISTURÍ. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRILES Y DESECHABLES. PIEZA. 11 ENVASE CON 100 PIEZAS.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	HOJA PARA BISTURÍ. DE ACERO INOXIDABLE No. 15 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRILES Y DESECHABLES PIEZA ENVASE CON 100 PIEZAS GARANTÍA 12 MESES	1,300



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

REnglón 19

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 20	MODELO:
CLAVE S.S.: 060.231.0666	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BATAS QUIRÚRGICAS.

PARA MODULO VSB

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	BATAS QUIRÚRGICAS. CONFECCIONADA EN TELA SQUARE (96% ALGODÓN, 4% SPANDEX) REPELENTE A FLUIDOS DE LIBRE TRANSPIRACIÓN TALLA: 5 CHICAS, 5 MEDIANAS, 5 GRANDES Y 5 EXTRAGRANDES UNISEX COLOR AZUL GARANTÍA POR 12 MESES	20



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 20

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CINTA METRICA AHULADA, GRADUADA EN CMS. Y MTS.

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR. CINTA MÉTRICA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p>CINTA METRICA AHULADA TIENE UN LARGO DE 3 METROS ELABORADA DE MATERIAL PLASTICO CON UN ANCHO DE 2 CENTIMETROS, POR UN LADO EN PULGADAS Y POR EL OTRO LADO EN CENTIMETROS,</p> <p>TIENE UNA HOJA DE METAL EN CADA EXTREMO DE LA CINTA METRICA QUE SE PUEDE CONECTAR CON EL OBJETO QUE SE ESTA MIDIENDO EL CUAL PUEDE PREVENIRLA ABRASION</p> <p>CONSTA CON MARCAS DE CENTIMETROS EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR LA LECTURA.</p> <p>GARANTIA 12 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 2

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
NOMBRE GENÉRICO: TORUNDERO 250 ML	CANTIDAD OFERTADA:

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	TORUNDERO 250 ML CON TAPA TORUNDERO ESPEJO ACERO INOXIDABLE GARANTÍA DE 12 MESES	1



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSY RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglon 22

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN		HOJA:	
LICITACIÓN		PROVEEDOR:	
PARTIDA: 25401		MARCA:	
CANTIDAD: 2		MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C		CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA		ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12	
		CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: MANGO BISTURI MANGO DE BISTURÍ NÚM. 3 / MÓDULO DE RIESGO REPRODUCTIVO			
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
8	MANGO DE BISTURÍ NÚM. 3 ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE PARA ACOPLAR UNA HOJA DE BISTURÍ CON LA QUE REALIZAR INCISIONES EN CUALQUIER TIPO DE CIRUGÍA DE MANERA SEGURA MEDIDA: 125 MM DE LARGO.3 GARANTÍA 12 MESES		2
			

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SEVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 23

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 70	MODELO:
CLAVE S.S.: 060.167.5010	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:


NOMBRE GENÉRICO: CATÉTERES. PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL. DE PLÁSTICO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	CATÉTERES. PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL. DE PLÁSTICO CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PUNTAS NASALES GARANTÍA 12 MESES	70



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 24

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 25401	MARCA:	
CANTIDAD: 1	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE RIÑÓN DE 250 ML / MÓDULO DE RIESGO REPRODUCTIVO		
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML ACERO INOXIDABLE GARANTÍA DE 12 MESES	1



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**


FICHA TÉCNICA

Renglón 25

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: RECOLECTOR DE PUNZOCORTANTES (DESECHABLES)
RECIPIENTE RÍGIDO PARA PUNZOCORTANTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	RECOLECTOR DE PUNZOCORTANTES CON TAPA PLASTICA ELABORADO DE MATERIAL PLASTICO RECIPIENTE RÍGIDO PARA PUNZOCORTANTES. CONTENEDOR PARA RESIDUOS PUNZOCORTANTES BILOGICO-INFECTIOSO 3 LITROS. GARANTÍA 18 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES <i>S. Diaz</i>
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA <i>S. Beristain</i>

JKRM/GDCF




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

REnglón 26

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 060.231.0104	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: COMPRESA ADITAMENTOS EN TRABAJO DE PARTO Y PARTO PARA SLPR. COMPRESAS DE GEL PARA TERAPIA FRÍO/CALOR	

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	<p>COMPRESA DE GEL TERMICO PARA FRIO Y CALOR</p> <p>CAMBIA DE ESTADO LÍQUIDO A SOLIDO ALCANZANDO UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 55°C</p> <p>REFRIGERADO DE 15-30 MIN PARA BAJAR A UNA TEMPERATURA DE 0°C</p> <p>HASTA 2000 ACTIVACIONES</p> <p>MATERIAL RESISTENTE Y DE FACIL LIMPIEZA</p> <p>TAMAÑO:</p> <p>ALTO 27.5CM</p> <p>LARGO: 16CM</p> <p>PROFUNDIDIDAD: 1.5</p> <p>PESO: 500G</p> <p>COLOR INDISTINTO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSY RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 27

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN		HOJA:	
LICITACIÓN		PROVEEDOR:	
PARTIDA: 25401		MARCA:	
CANTIDAD: 40		MODELO:	
CLAVE S.S.: 060.456.0623		CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA		ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12	
NOMBRE GENÉRICO: GUANTES. PARA MODULO VSB		CANTIDAD OFERTADA:	
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
13	<p>GUANTES</p> <p>DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DE NITRILO O POLIBUTADINEACRYLONITRILOLIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO CHICO.</p> <p>COLOR AZUL</p> <p>CAJA CON 100 PIEZAS</p> <p>GARANTÍA 12 MESES</p> 	40	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 28

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 351	MODELO:
CLAVE S.S.: 060.841.0478	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE (19-26 MM) ENVASE CON 12 PIEZAS.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	<p>SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE (19-26MM) ENVASE CON 12 PIEZAS GARANTÍA 12 MESES</p> 	351

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 29

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 25401	MARCA:	
CANTIDAD: 4	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12	12
NOMBRE GENÉRICO: TELA ADHESIVA MICROPORE PARA MODULO VSB	CANTIDAD OFERTADA:	
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	TELAD ADHESIVA MICROPORE CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 10M. ANCHO: 7.50 CM PRESENTACIÓN PAQUETE DE 4 PIEZAS GARANTÍA 12 MESES	4

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 30

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 70	MODELO:
CLAVE S.S.: 060.621.0482	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MASCARILLAS. DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR. PIEZA.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	MASCARILLAS DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR. PIEZA. GARANTÍA 12 MESES	70



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 3)

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 350	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12
NOMBRE GENÉRICO: AGUJA PARA BIOPSIA	CANTIDAD OFERTADA:

AGUJA DE BIOPSIA DE TEJIDO PARA USO CON EL INSTRUMENTO DE BIOPSIA BARD MAGNUM 14G. X 10 CM (1.9 CM).CENTRO
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA UBICADO EN EL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
17	AGUJA PARA BIOPSIA AGUJA DE BIOPSIA DE TEJIDO PARA USO CON EL INSTRUMENTO DE BIOPSIA BARD MAGNUM 14G. X 10 CM. (1.9 CM) GARANTÍA DE 18 MESES	350

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 32

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 25401	MARCA:	
CANTIDAD: 2	MODELO:	
CLAVE S.S.: 060.841.0619	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: SUTURAS. SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS.		
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	SUTURAS. SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM) ENVASE CON 12 PIEZAS. GARANTÍA 12 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 33

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 20	MODELO:
CLAVE S.S.: 060.621.0656	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. MASCARILLA DE RESPIRACIÓN KN95 CAJA CON 50 PZAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
19	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCAS QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE. COLOR BLANCO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MASCARILLA DE RESPIRACIÓN KN95 CAJA CON 50 PZAS/ MÓDULO DE RIESGO REPRODUCTIVO. GARANTÍA 12 MESES	20

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 34

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: VALVULA DOSIFICACION OXIGENO (ANESTESIA)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20	VALVULA DOSIFICACION OXIGENO (ANESTESIA)REGULADOR MEDICINAL CON NIPLE Y TUERCA CGA-540 0-15 LPM CON HUMIFICADOR MAS CANULA; MATERIAL CUERPO DE LATON CREMADO AJUSTE DE FLUJO, RESISTENTE DIAFRAGMA DE NEOPRENO PRESION MAXIMA DE ENTRADA 3000 PSI CAUDAL DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO LARGO 15 CM. GARANTIA 18 MESES	4



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

REnglón 35

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ROPA QURURGICA

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR BULTO PARA ATENCIÓN AL PARTO (BULTO QUIRÚRGICO)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
21	<p>ROPA QUIRÚRGICA PARA PARTO</p> <p>1 PAQUETE CON 10 BULTOS</p> <p>TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO</p> <p>IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS</p> <p>COLOR ANTIRREFLEJANTE NO TRANSPARENTE ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL.</p> <p>ESTÉRIL Y DESECHABLE.</p> <p>GARANTIA 12 MESES</p> <p>CADA BULTO CONTIENE: DOS BATAS QUIRÚRGICAS COLOR AZUL O VERDE PARA CIRUJANO</p> <p>PUÑOS AJUSTABLES REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TAMAÑO GRANDE.</p> 	10



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES



FICHA TÉCNICA

Renglón 35

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ROPA QURURGICA

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR BULTO PARA ATENCIÓN AL PARTO (BULTO QUIRÚRGICO)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 ± 10 CM X 90 ± 10 CM, COLOR AZUL. 	
	DOS PIERNERAS DE 100 ± 10 CM X 110 ± 10 CM. COLOR AZUL 	
	UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑÓN DE 240 ± 10 CM X 150 ± 10 CM. COLOR AZUL 	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 35

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ROPA QURURGICA

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR BULTO PARA ATENCIÓN AL PARTO (BULTO QUIRÚRGICO)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	DOS TOALLAS ABSORBENTES DE 40 ±5 CM X 40 ±5 CM. BULTO O PAQUETE. COLOR AZUL 	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD


FICHA TÉCNICA

Renglón 36

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LUPA

LUPA MECÁNICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL QUE ASISTEN A UNIDADES DE SALUD QUE ATIENDEN CON MECANISMOS INCLUYENTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
22	<p>LUPA MECÁNICA</p> <p>-DISEÑO PEGABLE DE MESA</p> <p>-COLOR BLANCO</p> <p>-MATERIAL: ABS + LENTE ACRÍLICA</p> <p>-AMPLIACIÓN: 3X</p> <p>-FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 3 PILAS AAA (INCLUIDAS) O ALIMENTACIÓN EXTERNA USB</p> <p>-TAMAÑO DE LA LENTE: 108 * 63 MM / 4.25 * 2.48IN</p> <p>-ILUMINACIÓN: 10 LUCES LED BLANCAS + 8 LUCES LED CÁLDAS</p> <p>-TAMAÑO DEL ARTÍCULO: 28 * 10,3 * 3,8 CM / 11,02 * 4,05 * 1.49IN</p> <p>-PESO DEL ARTÍCULO: 277G / 9,77 OZ</p> <p>-PESO DEL PAQUETE: 362G / 12,76 OZ</p> <p>-TAMAÑO DEL PAQUETE: 28,7 * 11,2 * 4 CM / 11,29 * 4,4 * 1.57IN</p> <p>-CONTIENE: UN PAÑO DE LIMPIEZA, USB Y MANUAL DE USUARIO</p> <p>- GARANTÍA DE 12 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA - DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EXA/AMR

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**


FICHA TÉCNICA

Renglón 37

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 79	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FILTROS

FILTROS. PIEZA PARA LAS 14 CLÍNICAS DE COLPOSCOPIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
23	<p>FILTRO VIRAL</p> <p>FILTRO TIPO ULPA PARA EVACUADOR DE HUMO</p> <p>PARA EVACUADOR DE HUMO MOD. P6080</p> <p>PARA COOPER SURGICAL</p> <p>SE SOLICITA MUESTRA PREVIA PARA VALIDAR</p> <p>GARANTÍA DE 18 MESES, CONTADOS PARTIR DE LA ENTREGA EN EL ALMACÉN DE SESVER</p> 	79

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSY RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud
SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

REnglon 38

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 14	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BOTIQUIN MEDICO

EQUIPO ROJO (MEDICAMENTOS, LARINGOSCOPIO Y CÁNULA DE GUEDEL)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
24	<p>BOTIQUIN MEDICO: EQUIPO ROJO QUE CONTENGA SULFATO DE MAGNESIO S.I.* DE 1G/10 ML 40 AMPOLLETAS BICARBONATO DE SODIO S.I. DE 10 ML AL 7.5% 10 AMPOLLETAS GLUCONATO DE CALCIO S.I. AL 10 % 20 AMPOLLETAS NIFEDIPINA CÁPS. GELATINA BLANDA, 10 MG 1 CAJA HIDRALAZINA S.I. DE 20 MG/ML 5 AMPOLLETAS Labetalol S.I. DE 20 ML/100MG 6 AMPOLLETAS FENITOINA S.I. DE 250 MG/5 ML 2 FRASCOS AMPULA FUROSEMIDA S.I. DE 20 MG/2 ML 5 AMPOLLETAS DEXAMETASONA S.I. DE 8 MG/2 ML 4 AMPOLLETAS 531.568.0057 LARINGOSCOPIO PARA OBSERVACIÓN DE LA LARINGE E INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL, CON HOJAS RECTAS 00, 0, 3,4 Y 5 Y CON HOJAS CURVAS 3 Y 4 CON ILUMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA. BATERÍA RECARGABLE. (REALIZAR PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS EN ADULTO.) Y CÁNULA DE GUEDEL DE 60 MM, 70MM, 80MM Y 90MM GARANTÍA 18 MESES</p> 	14

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 39

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ROPA HOSPITALARIA

ADITAMENTOS EN TRABAJO DE PARTO Y PARTO PARA SLPR FULARES CON ARNÉS Y ARGOLLA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
25	<p>ROPA HOSPITALARIA</p> <p>FULAR CON ANILLOS Y ARNES</p> <p>CARGADOR ERGONOMICO</p> <p>FRESCA, PRACTICO</p> <p>COMODO Y DURABLE</p> <p>1 PAQUETE QUE CONTIENE 10 PIEZAS DE COLORES VARIOS</p> <p>TEJIDA EN TELAR 100% ALGODON</p> <p>ANILLOS DE UNA SOLA PIEZA SLING RINGS</p> <p>IDEAL PARA BEBES RECIENTEMENTE NACIDOS HASTA LOS 20 KG</p> <p>MEDIDAS 200 CM LARGO x 70 CM ANCHO</p> <p>SIN LOGOTIPOS</p> <p>GARANTIA 12 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORFS - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 40

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BATAS QUIRÚRGICAS.

BATAS DESECHABLES PARA PACIENTES (CAJA C/650 PIEZAS)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
26	<p>BATAS DESECHABLES PARA PACIENTES (CAJA C/650 PIEZAS).</p> <p>PARA EL MÓDULO DE SEMARR</p> <p>5 CAJAS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 1 CAJA TALLA CHICA, 1 CAJA TALLA MEDIANA, 2 CAJAS TALLA GRANDES Y 1 CAJA TALLA EXTRAGRANDE</p> <p>UNISEX</p> <p>DE TELAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO</p> <p>CON ABERTURA TRASERA</p> <p>COLOR AZUL</p> <p>GARANTÍA POR 12 MESES.</p> 	5

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 41

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.140.0393	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BOMBA DE INFUSIÓN

MOBILIARIO GENERAL. BOMBA DE INFUSIÓN CON TRIPÉ

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
27	<p>BOMBA DE INFUSIÓN PORTÁTIL CON TRIPÉ</p> <p>SISTEMA COMPUTARIZADO DE INFUSIÓN INTRAVENOSA PARA ADMINISTRAR VOLÚMENES PEQUEÑOS A DOSIS REGULABLES.</p> <p>COMPUTARIZADA PORTÁTIL QUE PUEDE SER INTEGRADA A TRIPÉ.</p> <p>RANGO DE DOSIS EN ML/H CON POSIBILIDAD DE INCREMENTO.</p> <p>CAPACIDAD DE CAMBIAR DOSIS SIN INTERRUMPIR LA INFUSIÓN</p> <p>CON MEMORIA DE LOS VOLÚMENES INFUNDIDOS.</p> <p>EQUIPO DE INFUSIÓN ESPECÍFICO PARA CADA LÍQUIDO.</p> <p>QUE FUNCIONE CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA AUTORRECARGABLE.</p> <p>EQUIPADA CON ALARMAS AUDIBLE Y VISUAL.</p> <p>PARA SER UTILIZADA POR GRAVEDAD EN CASO DE NO CONTAR CON ENERGÍA EN ESE MOMENTO</p> <p>Y CIERRE DE SEGURIDAD CUANDO LA BOMBA SE ENCUENTRA ABIERTA CON ALARMA DE PRESIÓN DE OCLUSIÓN.</p> <p>QUE INCLUYA INSTRUCTIVO DE USO</p> <p>NORMA ISO 13845:2016</p> <p>GARANTIA 18 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSYAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

REnglón 42

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25501	MARCA:
CANTIDAD: 200	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: CAJA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: RESPIRADOR DESECHABLE NIOSH 95-O N95. CAJA CON 20 PIEZAS PARA CONTROL A LA EXPOSICIÓN DE MICROORGANISMOS PARA PARTÍCULAS EN AEROSOL LIBRES DE ACEITE; RESISTENTE A FLUIDOS (PROBADO EN PARTÍCULAS DE 0.3 MICRÓN (BAJO LA REGULACIÓN 42CFR 84); PARA USO ESTÁNDAR CONTRA PATÓGENOS EN SANGRE DE ACUERDO CON OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION); PROVEE > 99% DE BFE (BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY) DETERMINADO POR LA MODIFICACIÓN DE GREENE Y EL MÉTODO DE PRUEBA DE.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>RESPIRADOR DESECHABLE NIOSH 95 O N95 CAJA CON 20 PIEZAS</p> <p>PARA CONTROL A LA EXPOSICIÓN DE MICROORGANISMOS PARA PARTÍCULAS EN AEROSOL LIBRES DE ACEITE RESISTENTE A FLUIDOS (PROBADO EN PARTÍCULAS DE 0.3 MICRÓN (BAJO LA REGULACIÓN 42CFR 84)) PARA USO ESTÁNDAR CONTRA PATÓGENOS EN SANGRE DE ACUERDO CON OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION) PROVEE > 99% DE BFE (BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY) DETERMINADO POR LA MODIFICACIÓN DE GREENE GARANTÍA 18 MESES</p> 	200

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

REnglón 43

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25501	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: RECIPIENTE

RECIPIENTE CERRADO PARA DESINFECCIÓN DE MATERIAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>RECIPIENTE CERRADO PARA DESINFECCIÓN DE MATERIAL</p> <p>PERMITE LA ESTERILIZACIÓN O EL ALMACENAJE DE LOS INSTRUMENTOS EN UNA CAJA DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>MEDIDAS: 22X12X5CM</p> <p>GARANTIA 18 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 44

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25501	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: 080.235.0140	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CUCHILLAS DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA MICROTOMO. PARA CORTES HISTOLÓGICOS EN PARAFINA. PAQUETE CON 100 PIEZAS.

CUCHILLAS DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA MICROTOMO. PARA CORTES HISTOLÓGICOS EN PARAFINA. (DE ALTO PERfil). PARA LAB. DE PATOLOGÍA DE LOS HOSP. DE: POZA RICA, CECAN, CAE, LUIS F. NACHÓN, YANGA, RIO B

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>CUCHILLA DESECHABLE DE ACERO INOXIDABLE MOD. 818</p> <p>ALTO PERfil 818 CUCHILLAS DESECHABLES SON DE 80 MM DE LARGO X 14 MM DE ALTO X 0,35 MM DE ESPESOR.</p> <p>DE ACERO INOXIDABLE, LAS HOJAS SON ULTRA FINA PERO RESISTENTE Y PUEDE SER UTILIZADO CON EL LEICA Y MICROTOMAS CRIOSTATO.</p> <p>SERIE, ASÍ COMO PARA CRIOSTATO DE COMÚN Y LOS MODELOS DE MICROTOMAS</p> <p>UN PROCESO DE REVESTIMIENTO DE LA HOJA DE INVENTIVA PROPORCIONA DE MANERA PERCEPTIBLE LOS MEJORES RESULTADOS EN LA SECCIÓN DE ESTIRAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE CINTAS DE SECCIONAMIENTO EN LA RUTINA DE HISTOLOGÍA.</p> <p>PERFIL ALTO C/100 PIEZAS</p> <p>DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA MICROTOMO.</p> <p>PARA CORTES HISTOLÓGICOS EN PARAFINA.</p> <p>GARANTÍA DE 18 MESES</p> <p>SE SOLICITA MUESTRA PREVIA PARA VALIDAR</p> 	10

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

REnglón 45

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA.
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25501	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: 080.235.0140	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CUCHILLAS DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA MICROTOMO. PARA CORTES HISTOLÓGICOS EN PARAFINA.
PAQUETE CON 100 PIEZAS.

CUCHILLAS DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA MICROTOMO. PARA CORTES HISTOLÓGICOS EN PARAFINA. (DE BAJO PERFIL).
PARA LAB. DE PATOLOGÍA DE LOS HOSP. DE: POZA RICA, CECAN, CAE, LUIS F. NACHÓN, YANGA,

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>CUCHILLA DESECHABLE DE ACERO INOXIDABLE MOD. 819</p> <p>HOJAS DESECHABLES DE 80 MM DE LARGO X 8 MM DE ALTO X 0,25 MM DEESPESOR.</p> <p>DE ACERO INOXIDABLE, LAS HOJAS SON ULTRA FINA PERO RESISTENTE PUEDE SER UTILIZADO CON CRIOSTATO SERIE, ASÍ COMO PARA CRIOSTATO DE COMÚN Y LOS MODELOS DE MICROTOMAS.</p> <p>UN PROCESO DE REVESTIMIENTO DE LA HOJA DE INVENTIVA PROPORCIONA DE MANERA PERCEPTIBLE LOS MEJORES RESULTADOS EN LA SECCIÓN DE ESTIRAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE CINTAS DE SECCIONAMIENTO EN LA RUTINA DE HISTOLOGÍA.</p> <p>PERFIL BAJO C/100 PIEZAS</p> <p>DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA MICROTOMO.</p> <p>PARA CORTES HISTOLÓGICOS EN PARAFINA.</p> <p>GARANTÍA DE 18 MESES</p> <p>SE SOLICITA MUESTRA PREVIA PARA VALIDAR</p> 	10

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES



FICHA TÉCNICA

Renglón 46

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25901	MARCA:
CANTIDAD: 309	MODELO:
CLAVE S.S.: 080.889.0099	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TIRAS REACTIVAS TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR, COMO MÍNIMO 10 PARÁMETROS EN ORINA: GLUCOSA, BILIRRUBINAS, CETONAS, GRAVEDAD ESPECÍFICA, SANGRE, PH, PROTEÍNAS, UROBILINÓGENO, NITRITOS, LEUCOCITOS. FRASCO CON 100 TIRAS. TATC.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR COMO MÍNIMO 10 PARÁMETROS EN ORINA: GLUCOSA BILIRRUBINAS CETONAS GRAVEDAD ESPECÍFICA SANGRE PH PROTEÍNAS UROBILINÓGENO NITRITOS LEUCOCITOS. FRASCO CON 100 TIRAS. ACONDICIONADAS EN UN EMPAQUE IDENTIFICADO SELLADO EN SUS DOS EXTREMOS CON DOS HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD GARANTIA 18 MESES CON CARTA CANJE	309



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Benglón 47

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 525	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO
UNIFORME PROMOTORES (KIT DE GORRA Y PLAYERA)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>KIT UNIFORMES DE TRABAJO</p> <p>INCLUYE:</p> <p>UNIFORME PROMOTORES (KIT DE GORRA Y PLAYERA)</p> <p>GORRA (525 PZ)</p> <p>TIPO: GORRA TRCUKER</p> <p>TELA: 100% ALGODÓN PEINADO CON 5 GAJOS</p> <p>CON AJUSTADOR PASA HEBILLA METÁLICA</p> <p>COLORES NEÓN: VERDE (131), AMARILLO (131), NARANJA (131) Y ROSA (132)</p> <p>LA APLICACIÓN DEL LOGOTIPO DEL PROGRAMA EN LA GORRA SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>LOGO DE PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES BORDADO A UN SOLO TONO DE COLOR (NEGRO) POR EL FRENTE CENTRADO (MEDIDAS 5.5X5.5 CM, UN TAMAÑO QUE NO REBASE SU ÁREA DE SEGURIDAD) (SE ADJUNTARÁN LOGOS EN FORMATO AI Y EPS)</p> <p>LOGOS ADICIONALES, SE COLOCARÁ EN LA PARTE TRASERA Y LATERALES DE LA GORRA DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>(CON UN TAMAÑO NO MAYOR A 5 CM DE ALTO CADA LOGO)</p> <p>LOGOTIPOS ADICIONALES BORDADOS A UN SOLO TONO (NEGRO).</p> <p>LATERAL IZQUIERDO DE LA GORRA: LOGOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ</p> <p>LATERAL DERECHO DE LA GORRA: VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO,</p> <p>PARTE TRASERA DE LA GORRA: PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PREDUCTIVA DE ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ.</p> <p>(LA UBICACIÓN DE LOGOS COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN)</p> <p>GARANTÍA POR 6 MESES</p>	525



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 47

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 525	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO

UNIFORME PROMOTORES (KIT DE GORRA Y PLAYERA)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>PLAYERAS HOMBRE (175 PZ) Y MUJER (350 PZ) POLO PEINADO PREMIUM DE 230 G/M², TEJIDO PIQUÉ PRE-ENCOGIDO, COMPOSICIÓN 50% POLIÉSTER/ 50% ALGODÓN CON REFUERZO EN HOMBRO, TAPA COSTURA Y ABERTURA LATERAL BICOLOR, DOBLE DESPUNTE EN BAJOS Y EN SISA, CERRADO DE COSTADOS, PLAYERAS COLOR: GRIS OXFORD 4 BOTONES AL CUELLO AL TONO DE LA TELA, CORTE SILUETA Y CUELLO TEJIDO LOGOTIPOS BORADOS A COLOR UBICACIÓN DE LOS LOGOS COMO SE MUESTRA EN AL IMAGEN: (MEDIDAS APROXIMADAS DE 5 X 7.5 CM.) PARTE FRONTAL, LADO DERECHO: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, PARTE FRONTAL, LADO IZQUIERDO: PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PREDUCTIVA DE MANGA LATERAL DERECHA: VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO, MAGA LATERAL IZQUIERDA: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ TALLAS: MUJER (200 MEDIANAS Y 100 GRANDES Y EXTRA GRANDES 50) Y HOMBRE (50 GARANTÍA POR 6 MESES</p> 	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

REnglón 48

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 140	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BATAS

BATA ANTIFLUIDO PARA USO SANITARIO. TELA IMPORTADA ANTIFLUIDO, DE ÚLTIMA GENERACIÓN ANTIESTÁTICA, IMPERMEABLE Y REPELENTE. RESISTENTE AL CLORO Y PRODUCTOS SANITIZANTES COMERCIALES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>BATA ANTIFLUIDO PARA USO SANITARIO</p> <p>TELÁ IMPORTADA ANTIFLUIDOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN ANTIESTÁTICA, IMPERMEABLE Y REPELENTE. 100% POLIESTER</p> <p>RESISTENTE AL CLORO Y PRODUCTOS SANITIZANTES COMERCIALES.</p> <p>SE PUEDE ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE (HASTA 254°C) Y/O CON LUZ UV.</p> <p>SECADO MUY RÁPIDO.</p> <p>COSTURAS REFORZADAS A 5 HILOS PARA USO RUDO Y CONSTANTE.</p> <p>PUÑOS DE CÁRDIGAN AJUSTABLE.</p> <p>FORRO DE ALGODÓN PEINADO EN MANGA COMPLETA PARA UNA MAYOR COMODIDAD.</p> <p>DISPONIBILIDAD DE TALLAS.</p> <p>CON LOGOS BORDADOS</p> <p>DISTRIBUIDAS 93 PIEZAS DE HOMBRES Y 47 PIEZAS DE MUJERES DE LA SIGUIENTES TALLAS:</p> <p>BATAS PARA HOMBRE DE LA SIGUIENTE TALLAS: 19 EXTRAGRANDE, 40 GRANDES, 24 MEDIANAS Y 10 CHICAS.</p> <p>BATAS DE MUJER DE LAS SIGUIENTES TALLAS: 3 EXTRAGRANDES, 8 GRANDES, 20 MEDIANAS Y 16 CHICAS.</p> <p>COLOR BLANCO</p>	140



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVÉR
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES



FICHA TÉCNICA

Renglón 48

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 140	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BATAS

BATA ANTIFLUIDO PARA USO SANITARIO. TELA IMPORTADA ANTIFLUIDO, DE ÚLTIMA GENERACIÓN ANTIESTÁTICA, IMPERMEABLE Y REPELENTE. RESISTENTE AL CLORO Y PRODUCTOS SANITIZANTES COMERCIALES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>LOGOS SECRETARIA DE SALUD Y GOBIERNO DE MÉXICO PARTE SUPERIOR ENFRENTE MEDIDAS 8CM X 4CM Y 4 CM X 12 XM GARANTÍA 6 MESES</p>   	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES



FICHA TÉCNICA

Renglón 49

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 28	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO

FILIPINA CORTE SLIM FIT CON ESCOTE EN "V" CUENTA CON 4 BOLSAS EN LA PARTE DELANTERA, ABERTURAS EN LOS COSTADOS PARA FACILIDAD DE MOVIMIENTO, TIENE 2 PINZAS EN LA PARTE DE LA ESPALDA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>FILIPINA CORTE SLIM FIT CON ESCOTE EN "V"</p> <p>4 BOLSAS EN LA PARTE DELANTERA</p> <p>ABERTURAS EN LOS COSTADOS PARA FACILIDAD DE MOVIMIENTO</p> <p>2 PINZAS EN LA PARTE DE LA ESPALDA PARA BRINDAR AJUSTE</p> <p>TELA ANTIFLUIDOS 100% POLIESTER</p> <p>DISTRIBUIDAS POR TALLAS: 8 CHICAS, 8 MEDIANAS, 6 GRANDES Y 6 EXTRAGRANDES.</p> <p>CON LOGOS BORDADOS DE GOBIERNO DE MÉXICO FRONTAL LADO DERECHO Y SS-SESVER LADO FRONTAL IZQUIERDO</p> <p>MEDIDAS 8CM X 4CM Y 4 CM X 12 CM</p> <p>UNISEX</p> <p>COLOR: AZUL</p> <p>GARANTÍA POR 6 MESES.</p>   	28

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 50

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 28	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO

PANTALÓN MÉDICO TIPO CARGO CON CORTE RECTO Y ELÁSTICO EN LA CINTURA Y JARETA PARA PODER BRINDAR MAYOR COMODIDAD Y AJUSTE, CUENTA CON UN TOTAL DE 5 BOLSILLOS (2 BOLSILLOS LATERALES, 2 TIPO CARGO Y 1)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>PANTALÓN MÉDICO TIPO CARGO ELÁSTICO EN LA CINTURA Y JARETA PARA UN AJUSTE SEGURO Y CÓMODO CUENTA CON UN TOTAL DE 5 BOLSILLOS: 2 BOLSILLOS LATERALES, 1 BOLSILLO ATRÁS, 1 BOLSILLO TIPO CARGO LATERAL, 1 DOBLE BOLSILLO CARGO LATERAL TELA ANTIFLUIDOS 100% POLIESTER DISTRIBUIDAS POR TALLAS: 8 CHICAS, 8 MEDIANAS, 6 GRANDES Y 6 EXTRAGRANDES UNISEX COLOR GRIS GARANTÍA POR 6 MESES.</p> 	28

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA


JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 5)

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 27101	MARCA:	
CANTIDAD: 28	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANICONCEPCIÓN RAMO 12 AFASPE 2022	
	CANTIDAD OFERTADA:	
BATAS.		
DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CONFECCIONADA EN TELA SQUARE (96% ALGODÓN, 4% SPANDEX), REPELENTE A FLUIDOS, DE LIBRE TRANSPIRACIÓN.		
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>BATAS QUIRÚRGICAS. CONFECCIONADA EN TELA SQUARE (96% ALGODÓN, 4% SPANDEX) REPELENTE A FLUIDOS DE LIBRE TRANSPIRACIÓN DISTRIBUIDAS POR TALLAS: 8 CHICAS, 8 MEDIANAS, 6 GRANDES Y 6 EXTRAGRANDES. UNISEX COLOR BLANCO CON LOGOS BORDADOS DE GOBIERNO DE MÉXICO DE LADO FRONTAL LADO DERECHO Y SS-SEVER DE LADO IZQUIERDO FRONTAL MEDIDAS 8CM X 4CM Y 4 CM X 12 CM GARANTÍA POR 6 MESES.</p>  <p>GOBIERNO DE MÉXICO SS SESVER</p>	28 PIEZA
ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 52

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 15	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO

UNIFORMES (UNIFORME 2 PIEZAS FILIPINA Y PANTALÓN) PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MÓVIL "EDUSEX" DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p>KIT DE UNIFORMES DE TRABAJO.</p> <p>UNIFORME DE TRABAJO INCLUYE FILIPINA Y PANTALÓN PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MÓVIL EDUSEX DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES</p> <p>FILIPINA</p> <p>MODELO: UNISEX</p> <p>TELA: 100% ALGODÓN</p> <p>COLORES: TURQUESA (5), BUGAMBILIA (5) Y GRIS (5)</p> <p>CUELLO EN V</p> <p>TALLA: 10 PIEZAS MEDIANAS (5 BUGAMBILIA, 3 TURQUESA, 2 GRIS), 4 PIEZAS GRANDES (2 GRIS, 2 TURQUESA) Y UNA EXTRA-GRANDE 1 (GRIS)</p> <p>DOS BOLSILLOS PARA ALMACENAMIENTO Y ABERTURAS LATERALES PARA FACILITAR EL MOVIMIENTO.</p> <p>IMPRESIÓN DE LOGOTIPOS OFICIALES Y DE LA ESTRATEGIA EDUSEX EN DFT Y/O BORDADO.</p> <p>MEDIDAS DE LOGOS APROXIMADOS DE 5 X 8 CM</p> <p>PARTE FRONTAL, LADO DERECHO: LOGO OFICIAL DE EDUSEX</p> <p>PARTE FRONTAL, LADO IZQUIERDO: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ</p> <p>MANGA LATERAL DERECHA: VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO</p> <p>MANGA LATERAL IZQUIERDA: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ</p> <p>(LOGOS UBICADOS SEGÚN IMAGEN).</p> <p>LAVABLE MÁQUINA.</p> <p>GARANTÍA POR 6 MESES</p> 	15



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 52

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 15	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO

UNIFORMES (UNIFORME 2 PIEZAS FILIPINA Y PANTALÓN) PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MÓVIL "EDUSEX" DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>PANTALÓN QUIRÚRGICO JOGGER MODELO: UNISEX TELA 100% ALGODÓN TALLA: MEDIANA (10), GRANDE (4) Y EXTRA-GRANDE (1). TALLAS: MEDIANAS (4 BUGAMBILIA, 4 TURQUESA, 2 GRIS) GRANDES(1 TURQUESA, 3 GRIS) EXTRA GRANDE (1 GRIS) CON CORDÓN EN 4 DIRECCIONES CON CINTURA ELÁSTICA CON CORDÓN FUNCIONAL, 2 BOLSILLOS DELANTEROS CON PIerna RECTA. COSTURAS REFORZADAS DE DOBLE AGUJA PARA PROPORCIONARTE UN AJUSTE PERFECTO, COMODIDAD Y DURABILIDAD. IMPRESIÓN DE LOGOTIPOS EN DFT. (SU UBICACIÓN COMO SE MUETRA EN LA IMAGEN) FIGURAS DEL EDUSEX DE ACUERDO A LA IMAGEN AUTORIZADA, SE ADJUTARÁN EL ARCHIVO DE LAS IMÁGENES EN FORMATO JPG Y EPS. PARTE FRONTAL LADO IZQUIERDO: IMÁGENES OFICIALES DE EDUSEX (MEDIDAS APROXIMADAS 20 CM ALTO X 4 CM ACHO) PARTE FRONTAL LADO DERECHO: IMÁGENES OFICIALES DE EDUSEX (MEDIDAS APROXIMADAS 8X8 CM) LAVABLE A MÁQUINA. GARANTÍA POR 6 MESES</p>	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


Regrln 53

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO

ADITAMIENTOS EN TRABAJO DE PARTO Y PARTO PARA SLPR

REBOZO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	<p>UNIFORMES DE TRABAJO</p> <p>REBOZO MEDIDAS: LARGO 2 METROS Y 60 CM ANCHO</p> <p>DE TELA 100% ALGODÓN.</p> <p>PARA BEBES RECIENTE NACIDOS HASTA LOS 20 KG</p> <p>COLOR INDISTINTO, SIN LOGOTIPOS</p> <p>1 PAQUETE CON 10 PIEZAS</p> <p>GARANTIA 6 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 54

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 28	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:


NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO

PIJAMA QUIRÚRGICO, CONFECCIONADA EN TELA SQUARE (96% ALGODÓN, 4% SPANDEX), REPELENTE A FLUIDOS, DE LIBRE TRANSPIRACIÓN

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	PIJAMA QUIRURGICA CONFECCIONADA EN TELA SQUARE (96% ALGODÓN, 4% SPANDEX) CONSTA DE FILIPINA Y PANTALÓN TIPO CARGO REPELENTE A FLUIDOS DE LIBRE TRANSPIRACIÓN DISTRIBUIDAS POR TALLAS: 6 CHICAS, 12 MEDIANAS, 5 GRANDES Y 5 EXTRAGRANDES UNISEX COLOR GRIS FILIPINA CON LOGOS BORDADOS DE GOBIERNO DE MÉXICO FRONTAL LADO DERECHO Y SS+ SESVER LADO FRONTAL IZQUIERDO MEDIDAS 8CM X 4CM Y 4 CM X 12 CM GARANTÍA POR 6 MESES.	28

GOBIERNO DE
MÉXICO

SS SESVER



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES



FICHA TÉCNICA

Renglón 55

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50615 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO

UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA VERTIENTE INTERCULTURAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	<p>UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA VERTIENTE INTERCULTURAL _VER</p> <p>1 PAQUETE QUE CONTIENE: 3 PLAYERAS, 3 GORRAS Y 3 MOCHILAS</p> <p>PLAYERAS TIPO POLO PEINADO PREMIUM DE 230G/M2</p> <p>TEJIDO PIQUÉ PRE-ENCOGIDO</p> <p>COMPOSICIÓN 50% POLIÉSTER 50% ALGODÓN CON REFUERZO EN HOMBRO</p> <p>TAPA COSTURA Y ABERTURA LATERAL BICOLOR</p> <p>DOBLE DESPUNTE EN BAJOS Y EN SISA</p> <p>CERRADO DE COSTADOS</p> <p>PLAYERAS COLOR GRIS JASPE</p> <p>3 BOTONES AL TONO DE LA TELA</p> <p>CORTE SILUETA Y CUELLO TEJIDO</p> <p>BORDADO CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES PECTORAL SUPERIOR DERECHO "VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO" CON MEDIDA DE 8 X 4 CM. PECTORAL SUPERIOR IZQUIERDO "LOGOS SESVER" CON MEDIDAS DE 11 X 4 CM., MANGA IZQUIERDA PARTE SUPERIOR "GRECA VERACRUZ" MEDIDAS 6 X 4 CM</p> <p>TALLAS HOMBRE: 1 GRANDE. MUJER: 2 CHICA</p> <p>6 MESES DE GARANTIA</p>     	1



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ÓRGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 55

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50615 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO

UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA VERTIENTE INTERCULTURAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>GORRA TRCUKER</p> <p>TELA 100% ALGODÓN PEINADO CON 5 GAJOS</p> <p>CON AJUSTADOR PASA HEBILLA METÁLICA</p> <p>COLOR GRIS JASPE</p> <p>LOGOTIPOS INSTITUCIONALES BORDADOS EN LOS LATERALES DE LA GORRA, EN EL LADO DERECHO LOGO "VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO" CON MEDIDA DE 6 X 3 CM Y DE LADO IZQUIERDO "LOGOS SESVER" CON MEDIDA DE 9 X 3 CM QUE NO REBASE SU ÁREA DE SEGURIDAD.</p> <p>6 MESES DE GARANTIA</p> 	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 55

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50615 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO

UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA VERTIENTE INTERCULTURAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>MOCHILA SIN GÉNERO MEDIDAS 45 X 30 X 15, COLOR NEGRA MATERIAL 100% POLIÉSTER REFORZADA EN LAS ASAS DE LA MOCHILA CON COMPARTIMENTO PARA LAP TOP LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS EN LA PARTE FRONTAL "VERACRUZGOBIERNO DEL ESTADO" CON MEDIDAS DE 8 X 4 Y "LOGOS SESVER" CON MEDIDA DE 11 X 4 CM CON DOBLE BOLSA AL FRENTE CON CIERRE 6 MESES DE GARANTIA</p> 	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 56

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO

BOTARGA PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MÓVIL "EDUSEX" DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	<p>UNIFORMES DE TRABAJO, BOTARGA PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MOVIL"EDUSEX" DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES.</p> <p>CONTIENE:</p> <p>2 BOTARGAS INFLABLES EN FORMA DE CONDONES MEDIDA APROXIMADA DE 2.20M. DE ALTURA</p> <p>MATERIAL DE ELABORACIÓN EN TELA PLASTIFICADA</p> <p>IMPRESIÓN DE LOGOTIPOS ACTUALIZADOS DEL PROGRAMA Y SESVER, DE MANERA DIGITAL A 1,400 DPIS DE RESOLUCIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LA BOTARGA</p> <p>LOGOTIPOS: DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (12 CM ANCHO X 5 CM ALTO), SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (18 CM ANCHO X 5 CM ALTO), VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO (18 CM ANCHO X 5 CM ALTO), DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ (23 CM ANCHO X 5.5 CM ALTO).</p> <p>TIRANTES INTERNOS EN MATERIAL NYLON REPELENTE Y SYLVER PARA ESTRUCTURA</p> <p>MICRO MOTOR DE 12V DE 1/30 HP Y 4800 RP CON CONECTOR PARA PILA</p> <p>2 BATERÍAS RECARGABLES DE 12V Y 7 AMPERES CON CONECTOR</p> <p>1 CARGADOR DE BATERÍA CON CAIMANES PARA PODER CONECTAR A PILA</p> <p>CINTURÓN TIPO ARNÉS PARA PILA EN MATERIAL CANASTA</p> <p>BOLSA EN MATERIAL POLY 600 CON VELCRO</p> <p>CUERDA PARA TRANSPORTAR LA BOTARGA</p> <p>COLOR: AMARILLO Y MORADO</p> <p>GARANTÍA POR 6 MESES</p> 	3






AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA *Renglón 56*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO

BOTARGA PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MÓVIL "EDUSEX" DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>1 BOTARGA INFLABLE EN FORMA T COBRE EN MEDIDA APROXIMADA DE 2.20 M. DE ALTURA. MATERIAL DE ELABORACIÓN EN TELA PLASTIFICADA. IMPRESIÓN DE LOGOTIPOS DEL PROGRAMA Y SESVER ACTUALIZADOS DE MANERA DIGITAL A 1,400 DPIS DE RESOLUCIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LA BOTARGA</p> <p>LOGOTIPOS: DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (12 CM ANCHO X 5 CM ALTO), SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (18 CM ANCHO X 5 CM ALTO), VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO (18 CM ANCHO X 5 CM ALTO), DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ (23 CM ANCHO X 5.5 CM ALTO).</p> <p>TIRANTES INTERNOS EN MATERIAL NYLON REPELENTE Y SYLVER PARA ESTRUCTURA. MICRO MOTOR DE 12V DE 1/30 HP Y 4800 RP CON CONECTOR PARA PILA. 2 BATERÍAS RECARGABLES DE 12V Y 7 AMPERES CON CONECTOR. 1 CARGADOR DE BATERÍA CON CAIMANES PARA PODER CONECTAR A PILA. CINTURÓN TIPO ARNÉS PARA PILA EN MATERIAL CANASTA. BOLSA EN MATERIAL POLY 600 CON VELCRO. CUERDA PARA TRANSPORTAR LA BOTARGA. GARANTIA POR 6 MESES</p> 	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV ER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 57

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORMES DE TRABAJO

UNIFORMES DE TRABAJO. MÓDULO DE TELEMEDICINA DE PF

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	<p>UNIFORMES DE TRABAJO: CHALECO CON DISEÑO CAPITONADO 1 PAQUETE CON 40 PIEZAS TALLAS HOMBRE 1EX, 3G. MUJER 9CH, 20M, 7G COMPOSICIÓN: ALGODÓN 80%, POLIÉSTER 20% BOLSILLOS LATERALES CON SOLAPA, DETALLES DE COSTURA, MODERNO Y SUAVE TEXTURA. FIJACIÓN DE CIERRE AL FRENTE NIVEL DE CALENTAMIENTO LIGERO CORTE REGULAR CUELLO REDONDO Y ALTO ESTILO: CASUAL COLORES NEGRO Y GRIS OXFORD ELABORADO CON TEXTURA SUAVE QUE PROPORCIONA CONFORT Y CALIDEZ TIPO DE CIERRE CREMALLERA CON LOGOS BORDADOS DE GOBIERNO DE MÉXICO FRONTAL LADO DERECHO Y SS-SESV ER LADO FRONTAL IZQUIERDO MEDIDAS 8CM X 4CM Y 4 CM X 12 CM GARANTÍA 6 MESES</p> <p style="text-align: center;">  GOBIERNO DE MÉXICO   </p> 	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


Renglón 58

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27201	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CRISTAL CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD

CARETA DE BIOSEGURIDAD QUIRÚRGICA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (CARETA-VISOR PROTECTOR DE USO PERSONAL LAVABLE

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	VISOR PROTECTOR DE USO PERSONAL VISOR DE POLICARBONATO COLOR TRANSPARENTE BUENA VISIBILIDAD REUTILIZABLE LAVABLE COMPATIBLE CON TAPABOCAS ABATIBLES TALLA UNICA PESO 202 GR GARANTÍA POR 6 MESES.	4



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

REnglón 59

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27301	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: COLCHONETA GIMNASIA

COLCHONETA O TAPETE ANTI-DERRAPANTES PARA EL PISO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>COLCHONETA DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD</p> <p>DIMENSIONES 120 X 60 X 5 CM.</p> <p>FUNDA EN TELA PVC CON BASE ANTIDESЛИZANTE.</p> <p>FOAM INTERIOR DE ALTA DENSIDAD 100KG/M3.</p> <p>IDEAL PARA USO DEPORTIVO Y ADULTOS.</p> <p>ASAS LATERALES PARA FACILITAR SU TRASLADO.</p> <p>FÁCIL DE LIMPIAR. ANTI POLVO Y ANTI ÁCAROS.</p> <p>IMPERMEABLE</p> <p>COLOR AZUL O VERDE</p> <p>GARANTIA 12 MESES</p> 	4

ELABORÓ:	DR. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 60

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27501	MARCA:
CANTIDAD: 3500	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SABANAS
SÁBANAS DESECHABLES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>SABANA DESECHABLE</p> <p>DE CAJÓN ESTÉRIL QUE PROTEGE LA CUBIERTA DE LA CAMILLA PLEGABLE CON RESORTE EN LAS ESQUINAS.</p> <p>RESISTENTE A LA TENSIÓN EN TELA CON ALTA RESISTENCIA AL RASGADO Y AL MISMO TIEMPO CON CUERPO SUAVE, MANEJABLE Y FÁCIL DE TRABAJAR</p> <p>TELA A BASE DE POLIPROPILENO</p> <p>IMPERMEABLE A LA PRESENTACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICO.</p> <p>COLOR AZUL</p> <p>TAMAÑO 1.20 CM X 1.80 CM</p> <p>GARANTÍA DE 12 MESES.</p> 	3,500

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSYAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 61

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27501	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: COJIN ALMOHADA

ADITAMENTOS EN TRABAJO DE PARTO Y PARTO PARA SLPR. COJÍN TÉRMICO DE SEMILLAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>COJIN ALMOHADA</p> <p>COJÍN TÉRMICO RELLENO DE MEZCLA DE SEMILLAS (PUEDE SER ENTRE 1 Y 5 DIFERENTES TIPOS) Y FLORES DE LAVANDA RELAJANTES</p> <p>MEDIDAS DE 35 X 17 X 3 CM.</p> <p>TELA 100% ALGODÓN</p> <p>SE USA PARA TRANSMITIR CALOR O FRÍO EN LAS ZONAS DE DOLOR,</p> <p>ELABORADO CON MATERIALES NATURALES</p> <p>EFECTO RELAJANTE.</p> <p>COLOR INDISTINTO</p> <p>GARANTIA 12 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 62

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27501	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: COJIN ALMOHADA

ADITAMENTOS EN TRABAJO DE PARTO Y PARTO PARA SLPR. COJÍN PARA LACTANCIA MATERNA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>COJIN ALMOHADA PARA LACTANCIA MATERNA ERGONÓMICO TAMAÑO: 90 CM X 60 CM X 15CM FUNDA 100 % ALGODÓN RELLENO 100 % FIBRA SILICONADA, HIPOALERGENICO COLOR INDISTINTO GARANTIA 12 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 63

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27501	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CORTINAS PARA BAÑO

CORTINAS PLEGABLES ANTIBACTERIANAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>TELA ELABORADA A BASE DE DOS CAPAS DE PELÍCULA TERMOPLÁSTICAS DE CLORURO DE POLIVINILO Y UN REFUERZO INTERMEDIO TEXTIL DE NYLON ENTRETEJIDO DE INSERCIÓN DE TRAMA</p> <p>RESISTENCIA ANTIBACTERIAL</p> <p>LIBRE DE OLORES</p> <p>RETARDANTE AL FUEGO</p> <p>ANTIESTÁTICA</p> <p>RESISTENTE A MANCHAS</p> <p>DURABLE</p> <p>OJILLOS DE ACERO EN LA PARTE SUPERIOR</p> <p>TEJIDA CON HILO PREENCOGIDO 100% POLYESTER</p> <p>ANTIALÉRGENICA</p> <p>DIMENSIONES: 180 X 180 CM</p> <p>100% LAVABLE EN EL LUGAR</p> <p>COLOR AZUL O BEIGE</p> <p>GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 64

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29201	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ACCESORIOS PARA SANITARIOS

BARANDAL FIJO ACERO INOXIDABLE / BARRAS DE SOSTÉN

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>BARANDAL FIJO DE ACERO INOXIDABLE</p> <p>BARRAS DE SOSTEN DE ACERO INOXIDABLE</p> <p>RESISTENTE Y DURADERO</p> <p>CARGA MÁXIMA DE 300 KG</p> <p>REPOSABRAZOS DE INODOROS DE SEGURIDAD MÉDICA</p> <p>DISEÑADOS PARA ANCIANOS, MUJERES EMBARAZADAS, DISCAPACITADOS Y PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA QUE DESPUES DE LA CIRUGÍA PUEDEN EVITAR QUE SE CAIGAN</p> <p>INSTALADOS EN LA PARED Y EN EL PISO PARA AYUDAR A MANTENER EQUILIBRIO EN EL BAÑO</p> <p>INSTALACION INCLUIDA</p> <p>GARANTIA 18 MESES</p> 	4

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 65

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BANCO
PARA MODULO VSB

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>BANCO PARA MÓDULO VSB</p> <p>CUERPO CROMADO GIRATORIO</p> <p>ESTRUCTURA DE 4 PUNTOS DE APOYO.</p> <p>BASE DE APOYO PARA LOS PIES.</p> <p>ASIENTO GIRATORIO, PERMITIENDO UN MOVIMIENTO 360°.</p> <p>FABRICADO CON MATERIALES RESISTENTES DE ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LOS MEJORES ACABADOS.</p> <p>SOPORTA HASTA 120 KG.</p> <p>ALTURA AJUSTABLE.</p> <p>SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA CON HUSILLO</p> <p>ACERO INOXIDABLE</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 66

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 513.108.0102	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BANCO GIRATORIO

BANCO GIRATORIO CON RUEDAS / MÓDULO DE RIESGO REPRODUCTIVO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>BANCO GIRATORIO CON RUEDAS</p> <p>CUERPO CROMADO GIRATORIO</p> <p>ESTRUCTURA DE 4 PUNTOS DE APOYO CON RUEDAS</p> <p>BASE DE APOYO PARA LOS PIES.</p> <p>ASIENTO GIRATORIO, PERMITIENDO UN MOVIMIENTO 360°.</p> <p>FABRICADO CON MATERIALES RESISTENTES DE ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LOS MEJORES ACABADOS.</p> <p>SOPORTA HASTA 120 KG.</p> <p>SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA CON HUSIL</p> <p>ACERO INOXIDABLE</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 67

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA

SILLA (PACIENTE Y ACOMPAÑANTE) / MÓDULO DE RIESGO REPRODUCTIVO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>SILLA ESTIBABLE DE PLÁSTICO</p> <p>SUFICIENTEMENTE RESISTENTE PARA LA SALA DE DESCANSO</p> <p>RESPALDO DE PLÁSTICO CON TORNEADO Y ASIENTO CON BORDE EN CASCADA.</p> <p>CLIPS DE CONEXIÓN MANTIENEN LAS SILLAS ORDENADAS EN UNA FILA.</p> <p>ARMAZÓN DE ACERO CROMADO.</p> <p>ANCHO X PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 18 X 17"</p> <p>ALTO DEL ASIENTO 18"</p> <p>COLOR NEGRA</p> <p>RESPALDO Y ASIENTO: POLIPROPILENO</p> <p>ESTRUCTURA: VARILLAS DE ACERO</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD


FICHA TÉCNICA

Renglón 68

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BANCO

PAQUETE DE BANCOS INFANTILES PLEGABLES CON MANIJA REBATIBLE PARA CEI, RESISTE HASTA 100 KILOS, FABRICADO EN PLÁSTICO POLIPROPILENO, MEDIDAS: ALTO 22 CM, LARGO 25 CM, ANCHO 20 CM, SE ARMA EN UN PASO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<ul style="list-style-type: none"> - PAQUETE CON DOS BANCOS INFANTILES PLEGABLES CON MANIJA REBATIBLE - RESISTEN HASTA 100 KILOS - DISEÑO CON DIVERSO COLORES (NARANJA CON AMARILLO, VERDE Y MORADO) - FABRICADOS EN PLÁSTICO POLIPROPILENO - MEDIDAS: ALTO 22 CM, LARGO 25 CM, ANCHO 20 CM - SE ARMAN EN UN PASO <p>GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> 	1

ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA - DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EXA/AMR



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

REnglón 69

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA

PAQUETE DE MESA CUADRADA DE PLÁSTICO PARA CEI, RESISTE 50 KILOS, MEDIDAS: ALTO 72 CM, LARGO 78 CM, ANCHO 78 CM, DIÁMETRO 78 CM, RESISTENTE AL SOL Y AL AGUA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	<ul style="list-style-type: none"> - PAQUETE CON DOS MESAS CUADRADAS DE PLÁSTICO - RESISTEN 50 KILOS - COLOR BLANCO - MEDIDAS: ALTO 72 CM, LARGO 78 CM, ANCHO 78 CM, DIÁMETRO 78 CM - RESISTENTES AL SOL Y AL AGUA <p>GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p>	1

ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHÚA - DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EXA/AMR



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

REnglón 70

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA

SILLA PARA MÉDICO/MÓDULO DE RIESGO REPRODUCTIVO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p>RESPALDO MEDIO CON CONTACTO PERMANENTE PARA REGULAR LA INCLINACIÓN.</p> <p>REGULACIÓN DE ALTURA CON PISTÓN HIDRÁULICO MEDIANTE PALANCA LATERAL</p> <p>BASE DE POLIAMIDA NEGRA CON 5 RUEDAS Y ARO REP</p> <p>RESPALDO HECHO DE NYLON CON SOPORTE LUMBAR, ROBUSTO Y FÁCIL DE LIMPIAR; ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON EXCELENTE ELÁSTICIDAD Y CÓMODO, RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN; RUEDAS DE POLIURETANO</p> <p>SILLA GIRATORIA A 360°; RESPALDO CURVO EN FORMA ERGONÓMICA</p> <p>MATERIAL TRANSPIRABLE</p> <p>ESTA SILLA DE TRABAJO PUEDE SOPORTAR HASTA 120 KGS SIN PROBLEMA.</p> <p>DISEÑADO Y CONSTRUIDO UTILIZANDO SOLO MATERIAL DE ALTA CALIDAD Y ESTRUCTURA MECÁNICA.</p> <p>COLOR NEGRA</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES.</p>	1



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 71

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA PARA MODULO VSB.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	<p>MESA PARA MÓDULO DE VSB</p> <p>CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE Y PESTAÑA ALREDEDOR DE 10 CM DE ALTURA X 90 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO</p> <p>UN ENTREPAÑO INFERIOR CON LAS CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA.</p> <p>CON RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR</p> <p>CUMPLIR CON LA NORMA ISO 13485:2016</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 72

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 513.108.0102	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BANCO GIRATORIO.

MOBILIARIO GENERAL PARA SLPR BANCO GIRATORIO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	<p>BANCO GIRATORIO</p> <p>FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CROMADO</p> <p>BASE POSEE 4 PUNTOS DE APOYO</p> <p>4 RUEDAS DE CAUCHO CONDUCTIVO Y FÁCIL DESPLAZAMIENTO</p> <p>ASIENTO CIRCULAR DE 40 CM DE DIAMETRO</p> <p>ALTURA AJUSTABLE</p> <p>SOPORTE PARA LOS PIES ES DE GRAN PRACTICIDAD</p> <p>CON DISEÑO ERGONOMICO QUE PERMITE UN SUAVE GIRO DE 360 GRADOS Y RUEDAS.</p> <p>SOPORTE HASTA 120 KG</p> <p>GARANTIA 24 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD


FICHA TÉCNICA

Renglón 73

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA

PAQUETE DE MESA INFANTIL DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA PARA CEI, MEDIDAS: ALTO 52 CM, LARGO 66 CM, ANCHO 66 CM, PESO 2.18 KG, 100% POLIPROPILENO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	<ul style="list-style-type: none"> - PAQUETE CON DOS MESAS INFANTILES DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA - MEDIDAS: ALTO 52 CM, LARGO 66 CM, ANCHO 66 CM, PESO 2.18 KG - COLOR ROJO Y VERDE CON DISEÑO MODERNO - 100% POLIPROPILENO - EDAD RECOMENDADA DE 3 A 6 AÑOS DE EDAD <p>GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> 	1

ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA - DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EXA/AMR



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

FICHA TÉCNICA

Renglón 74

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA INFANTIL

PAQUETE DE SILLAS INFANTILES PARA CEI, MEDIDAS: ALTO 53.5 CM, LARGO 42.5 CM, ANCHO 38 CM, PESO 0.94 KG, DIFERENTES COLORES CON DISEÑO MODERNO, 100% POLIPROPILENO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	<ul style="list-style-type: none"> - PAQUETE CON 5 SILLAS INFANTILES DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA - MEDIDAS: ALTO 53.5 CM, LARGO 42.5 CM, ANCHO 38 CM, PESO 0.94 KG - DIFERENTES COLORES CON DISEÑO MODERNO (VERDE, ROSA, ROJO, AZUL, NARANJA) - 100% POLIPROPILENO - EDAD RECOMENDADA DE 3 A 6 AÑOS DE EDAD <p>GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> 	1

ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA - DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EXA/AMR



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA *Renglón 75*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA AUXILIAR DE METAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	<p>MESA AUXILIAR DE METAL</p> <p>ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CIRCULAR DE ACERO CALIBRE NO. 18</p> <p>CON POSTES VERTICALES DE 25.4 MM. DE DIAMETRO</p> <p>ACABADO CROMADO</p> <p>CON TRAVEZAÑOS HORIZONTALES DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 12.7 MM DE DIAMETRO.</p> <p>BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM DE DIAMETRO</p> <p>SOLDADO A CUBIERTA</p> <p>ACABADO PULIDO.</p> <p>RODADAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO PESADO DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101 MM DE DIAMETRO</p> <p>CERTIFICACION NORMA ISO 13485:2016</p> <p>GARANTIA 24 MESES</p>	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 76

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ANAQUEL PARA INDICES MEDICOS (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

MOBILIARIO GENERAL PARA SLPR MUEBLE PARA GUARDA DE EQUIPO E INSUMOS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	<p>ANAQUEL PARA INDICES MEDICOS METALICO MEDICAS 200 CM X 60 CM X 30 CM CON 5 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES SOPORTAN 40 KG CADA UNO GARANTIA 24 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 77

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA

PARA EL EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO DE TELEMEDICINA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	<p>SILLA PARA EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO DE TELEMEDICINA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR</p> <p>DIMENSIONES:</p> <p>*TOTALES: 25 X 26 X 42" (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO)</p> <p>*RESPALDO: 18 X 22" (ANCHO X ALTO)</p> <p>*ALTURA DE LOS DESCANSABRAZOS (ALTURA MÁS BAJA DEL ASIENTO):</p> <p>*AJUSTE MÁS BAJO: 24 3/8"</p> <p>*AJUSTE MÁS ALTO: 27 1/4"</p> <p>*BASE (DIÁMETRO): 28"</p> <p>*RUEDAS: 1 1/2 X 2" (ANCHO X DIÁMETRO)</p> <p>MATERIAL:</p> <p>*ASIENTO: TAPIZADO EN TELA DE MALLA</p> <p>*RESPALDO: PANTALLA 100% DE MALLA DE POLIÉSTER</p> <p>*DESCANSABRAZOS: POLIPROPILENO CON ACOJINADO DE POLIURETANO</p> <p>*BASE: NYLON</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>*AJUSTES:</p> <p>*ALTURA DE ASIENTO</p> <p>*BLOQUEO DE LA INCLINACIÓN DEL POSTE</p> <p>*INCLINACIÓN SYNCHRO</p> <p>*TENSIÓN DE INCLINACIÓN</p> <p>*ALTURA DEL DESCANSABRAZOS</p> <p>*SE PUEDE ENSAMBLAR SIN DESCANSABRAZOS.</p> <p>COLOR NEGRO</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES</p>	3



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 78

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESCRITORIO

ESCRITORIO. MÓDULO DE TELEMEDICINA PF

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	<p>ESCRITORIO</p> <p>MEDIDAS: 74 CM (Al.), 161.5 CM (An.), 70 CM (Pr.)</p> <p>MATERIAL: MADERA O MELAMINA</p> <p>2 GAVETAS</p> <p>COLOR CAFÉ</p> <p>GARANTÍA 24 MESES</p> 	3

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 79

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50614 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLÓN
SILLÓN RECLINABLE DE REPOSO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	<p>SILLÓN RECLINABLE DE REPOSO</p> <p>SILLÓN RECLINABLE TIPO REPOSET MECÁNICO.</p> <p>ACABADO VINIL TIPO PIEL.</p> <p>COLOR SEGÚN LA DISPONIBILIDAD</p> <p>CON PALANCA PARA RECLINAR Y DESCANSA BRAZOS.</p> <p>MEDIDAS: 1.03 M DE ALTO X 96 CM DE ANCHO X 75 CM DE PROFUNDIDAD.</p> <p>CUMPLIR CON LA NORMA ISO 13485:2016</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSYAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 80

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: GABINETE UNIVERSAL

MOBILIARIO GENERAL PARA SLPR.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	<p>GABINETE UNIVERSAL</p> <p>MEDIDAS ALTO 180 CM ANCHO 80 CM Y PROFUNDO 40 CM</p> <p>CUENTA CON CERRADURA PUERTAS CON CRISTAL Y 4 ENTREPAÑOS</p> <p>MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>GARANTIA 24 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSYAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

REnglón 81

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON) (EQ. DE COMPUTACION)

PARA USO EXCLUSIVO DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA CAÑON (EQ. DE COMPUTACIÓN):</p> <p>BRILLO DE PROYECTOR: 4000 LÚMENES.</p> <p>CONEXIONES DE ENTRADA: HDMI, USB, AV, VGA, CABLE DE RED ETHERNET Y AUDIO.</p> <p>RESOLUCIÓN: 1280 X 800 P.</p> <p>VIDA ÚTIL: 50,000 HORAS.</p> <p>VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN: 60 HZ.</p> <p>CON CONTROL REMOTO.</p> <p>COLOR: NEGRO</p> <p>GARANTÍA POR 24 MESES</p>	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - <u>SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES</u>
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
<p>NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).</p>	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

Renglón 82

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: MICROCOMPUTADORA PORTATIL (EQ. DE COMPUTACION)	

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL MEDIO RENDIMIENTO WINDOWS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROCESADOR INTEL CORE i5-7200U (DUAL CORE, 3M CACHE, 2.5 GHZ, 15W). • SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS O SUPERIOR. • 8 GB (1 X 8GB) DDR4 2133 MHZ, EXPANDIBLE A 32 GB. • DISCO DURO SATA DE 2.5" Y 1 TB DE 5400 RPM. • CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. • PANTALLA PLANA DE 14" HD EN DIAGONAL (1366 X 768) LED. • PUERTOS: <ul style="list-style-type: none"> • O 1 USB 2.0 • O 2 USB 3.1 DE 1.^a GEN. (UNO CON POWERSHARE) • O 1 HDMI 1.4 • O 1 VGA • O 1 RJ-45, OPCIÓN DE BANDEJA DE TARJETA USIM EXTERNA • O 1 LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA SD 3.0 • O 1 FICHA UNIVERSAL (FICHA DE AURICULARES GLOBAL + ENTRADA DE MICRÓFONO + ENTRADA DE LÍNEA) • O 1 LECTOR DE HUELLAS DIGITALES TÁCTIL OPCIONAL • O 1 RANURA DE BLOQUEO DE CUÑA NOBLE • INTERFAZ DE RED ETHERNET RJ-45. • CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11^a/B/G/N, BLUETOOTH 4.1. • FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR DE CA INTELIGENTE DE 45 W. • CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002. • EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD O CD DE RECUPERACIÓN. • 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO EL MONITOR. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800. • EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS. 	1



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

Renglón 82

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: MICROCOMPUTADORA PORTATIL (EQ. DE COMPUTACION)	

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO EL MONITOR. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800. • EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS. 	

ELABORÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ ING. ELVIRA XOCHIQUAHUITL ATLAHUA - DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS
REVISÓ:	LIC. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA-JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL(G.O.E.NÚM.EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).	

EXA/AMR



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 8.3

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEDIO RENDIMIENTO WINDOWS.</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FACTOR DE FORMA PEQUEÑO. • PROCESADOR INTEL CORE I7 - 6700 (QUAD CORE 3.40GHZ, 4.0GHZ TURBO, 8MB, W/HD GRÁFICOS 530). • SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS O SUPERIOR. • UDIMM DE 12 GB (1 X 8 GB) DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ O SUPERIOR. • ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATA DE 2.5", 7 MM, 1 TB 7200 RPM. • UNIDAD ÓPTICA DELGADA 8X (DVD+-RW). • COMPARTIMIENTOS: (1) COMPARTIMIENTO INTERNO DE 3.5"; ADMITE (1) UNIDAD DE 3.5" O (2) UNIDADES DE 2.5"; (1) COMPARTIMIENTO ÓPTICO DELGADO EXTERNO. • RANURAS DE EXPANSIÓN: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 PCIE X16 GEN 3 DE ALTURA MEDIA ○ 1 PCIE X4 GEN 3 DE ALTURA MEDIA ○ 1 M.2 (22X80 MM) • TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO P400, 2GB, 3MDP. • RED ETHERNET RJ45. • PUERTOS: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6 PUERTOS USB 2.0 (2 DELANTEROS, 2 INTERNOS, 2 TRASEROS) ○ 6 PUERTOS USB 3.0 (2 DELANTEROS, 4 TRASEROS) ○ 1 FICHA DE AUDIO UNIVERSAL ○ 1 LECTOR DE TARJETA SD INTERNO (OPCIONAL) ○ 3 SATA DE 6 GB/S ○ 2 PS2 ○ 2 DISPLAYPORT ○ 1 HDMI ○ 1 CONECTOR DE RED RJ45 ○ 1 SERIAL 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO ○ 1 CONECTOR VGA (OPCIONAL) • FUENTE DE ALIMENTACIÓN: <ul style="list-style-type: none"> ○ PSU CON 92% DE EFICIENCIA Y 240 W (CERTIFICACIÓN PLATINUM 80PLUS) CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR. ○ PSU CON 85% DE EFICIENCIA Y 180W (CERTIFICACIÓN BRONZE 80PLUS) CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR. 	1



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 83

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> MONITOR DE 24 PULGADAS LED. MOUSE Y TECLADO EN ESPAÑOL USB, AMBOS DE LA MISMA MARCA DEL CPU. CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002. PAQUETERÍA OFMÁTICA: MICROSOFT OFFICE 365 LICENCIA PERSONAL ANUAL. EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD O CD DE RECUPERACIÓN. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO EL MONITOR. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL O UN 01 800. EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS. 	

ELABORÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES/ DRA. JESSICA KRÝSTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	JIC. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA-JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL(G.O.E.NÚM.EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).	

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 84

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: MICROCOMPUTADORA PORTATIL (EQ. DE COMPUTACION)	

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL ALTO RENDIMIENTO WINDOWS.</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROCESADOR 11VA GENERACIÓN INTEL CORE i7-6820HQ (QUAD CORE 2.70 GHz, 3.60 GHz, TURBO, 8MB 45W, W/INTEL HD GRÁFICOS 530). • SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS O SUPERIOR. • 16 GB (1 X 8GB) DDR4 2400MHZ, EXPANDIBLE A 32 GB. • DISCO DURO 1 TB 2.5", 7MM, SATA, ESTADO SOLIDO CLASE 20. • CHIPSET MOBILE INTEL CM238. • PANTALLA PLANA DE 15,6" LED FHD IPS EN DIAGONAL (1920 X 1080). • PUERTOS: <ul style="list-style-type: none"> • 2 USB 3.0. • 1 LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA. • 1 PUERTO PARA ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN. • 1 HDMI. • 1 THUNDERBOLT 3. • 1 FICHA PARA AURICULARES. • INTERFAZ DE RED ETHERNET RJ-45. • GRÁFICOS NVIDIA QUADPRO M1200 W/4GB GDDR5. • CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11a/b/g/n, BLUETOOTH 4.1. • FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR DE CA INTELIGENTE DE 45 W. • CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002. • EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD O CD DE RECUPERACIÓN. 	1



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 84

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MICROCOMPUTADORA PORTATIL (EQ. DE COMPUTACION)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO EL MONITOR. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL O UN 01 800. • EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS. 	

ELABORÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES/ DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	LIC. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA-JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL(G.O.E.NÚM.EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 85

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MICROCOMPUTADORA PORTATIL (EQ. DE COMPUTACION)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL ALTO RENDIMIENTO WINDOWS.</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROCESADOR 11VA GENERACIÓN INTEL CORE I7-6820HQ (QUAD CORE 2.70 GHZ, 3.60 GHZ, TURBO, 8MB 45W, W/INTEL HD GRÁFICOS 530). • SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS O SUPERIOR. • 16 GB (1 X 8GB) DDR4 2400MHZ, EXPANDIBLE A 32 GB. • DISCO DURO 1 TB 2.5", 7MM, SATA, ESTADO SOLIDO CLASE 20. • CHIPSET MOBILE INTEL CM238. • PANTALLA PLANA DE 15,6" LED FHD IPS EN DIAGONAL (1920 X 1080). • PUERTOS: <ul style="list-style-type: none"> • O 2 USB 3.0. • O 1 LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA. • O 1 PUERTO PARA ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN. • O 1 HDMI. • O 1 THUNDERBOLT 3. • O 1 FICHA PARA AURICULARES. • O INTERFAZ DE RED ETHERNET RJ-45. • GRÁFICOS NVIDIA QUADPRO M1200 W/4GB GDDR5. • CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11a/b/g/n, BLUETOOTH 4.1. • FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR DE CA INTELIGENTE DE 45 W. • CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002. • EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD O CD DE RECUPERACIÓN. 	3



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 85

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MICROCOMPUTADORA PORTATIL (EQ. DE COMPUTACION)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO EL MONITOR. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL O UN 01 800. • EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS. 	

ELABORÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES/ DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	LIC. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA-JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL(G.O.E.NÚM.EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO'2017).	

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

REnglón 86

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: RELOJ PARED

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>RELOJ DE PARED</p> <p>MATERIAL DE METAL CON MARCO DE ALUMINIO</p> <p>FORMA REDONDO</p> <p>FUENTE DE ENERGIA 2 BATERIAS AA (INCLUIDAS)</p> <p>CON NUMEROS GRANDES QUE GARANTICEN UNA BUENA VISTA</p> <p>MOVIMIENTOS DE CUARZO DE BARRIDO.</p> <p>MOSTRANDO LA HORA EXACTA Y ABSOLUTAMENTE SILENCIOSO,</p> <p>RANURAS TRASERAS OFRECEN UNA FACIL INSTALACION.</p> <p>GARANTIA 24 MESES</p>	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA


Renglón 87

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PURIFICADOR DOMESTICO AGUA

DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA O LÍQUIDOS CLAROS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA PURIFICADOR DE AGUA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DESPACHA AGUA FRIA, TEMPLADA Y CALIENTE BOTONES CON INDICADORES LUMINOSOS DETECCION AUTOMATICA EN CASO DE GOTEO O DERRAME (ALARMA SONORA Y BLOQUEO) CHAROLA EXTRA GRANDE PARA CONTENER DERRAMES, CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES TANQUES DE AGUA FRIA Y CALIENTES INDEPENDIENTES, DE ACERO INOXIDABLE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON CICLO DE REFRIGERACION POR COMPRESOR DE 127 V, 60 Hz CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMATICO SISTEMA DE CALENTAMIENTO POR MEDIO DE RESISTENCIAS ELECTRICAS SUMINISTRO DE AGUA FRIA DE 15 A 20 L/H, 5° - 10° C SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE 10 A 15 L/H, 80 A 90° C CAPACIDAD DE FILTRACION 300 L/DIA SALIDA DE AGUA UNICA, PARA EVITAR CONTACTO DIRECTO CON RECIPIENTES DIMENSIONES: 108 X 33 X 33 CM PESO 28.12 KG CAPACIDAD DE TANQUE FRIO 12 L CAPACIDAD DE TANQUE CALIENTE 2.2 L VOLTAJE Y CONSUMO DE ENERGIA: 1.24 kwh/24 h SISTEMA DE FILTRACION: CARBON SISTEMA DE SANITIZACION: UV EN TANQUE PRESION REQUERIDA: 25-30 CERTIFICADO DE COFEPRIS Y NOM-244-SSA1-2008 GARANTIA 24 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

Renglón 88

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 51901	MARCA:	
CANTIDAD: 2	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12	
	CANTIDAD OFERTADA:	

NOMBRE GENÉRICO: LAMPARA PIE

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR. LÁMPARA DE HAZ DIRIGIBLE

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	LÁMPARA DE HAZ DIRIGIBLE. LÁMPARA EN TRIPIE DE CUELLO FLEXIBLE CON BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO EN EL CABEZAL INTENSIDAD DE ILUMINACION: 89,000 LUX A 30 CM / 37,000 LUX A 50 C VIDA UTIL DE LED: 50,000 HORAS CON DOS REPUESTOS LED 12 W LONGITUD DEL BRAZO FLEXIBLE: 76 CM DIAMETRO DE CAMPO VISUAL: 4 A 5 CM GARANTIA 24 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSYAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 89

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52301	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: VIDEOPROYECTOR (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>VIDEOPROYECTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE PROYECCIÓN: SISTEMA DE PROYECCIÓN DE CRISTAL LÍQUIDO RGB • MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / RETROPROYECCIÓN / COLGADO DEL TECHO • NÚMERO DE PÍXELES: 786,432 PUNTOS (1024 X 768) X 3 • LUMINOSIDAD DE COLOR: BRILLO EN COLOR: 2.700 LÚMENES • LUMINOSIDAD DEL BLANCO: BRILLO EN BLANCO: 2.700 LÚMENES • RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3 • RESOLUCIÓN NATIVA: XGA • TIPO DE LÁMPARA: 200 W UHE • VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: HASTA 10.000 HORAS (MODO ECO); HASTA 5.000 HORAS (MODO NORMAL) • DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 30" A 300" [0.89 A 9.12 M] (ZOOM: WIDE); 30" A 300" [1.07 A 10.95 M] (ZOOM: TELE) • CORRECCIÓN KEYSTONE: VERTICAL + 30 GRADOS; HORIZONTAL + 30 GRADOS • USB 3 EN 1: TRANSMITE IMAGEN, AUDIO Y CONTROL DE PRESENTACIÓN DE POWER POINT LENTES DE PROYECCIÓN • TIPO: FOCO MANUAL • NÚMERO F: 1.58-1.72 • DISTANCIA FOCAL: 16,9MM - 20,28MM • THROW RATIO: RANGO 1.48 - 1.77 • RELACIÓN DE ZOOM: 1-1.2 (ÓPTICO) CONECTIVIDAD • RJ-45 X 1; 	1



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

REnglón 89

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52301	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: VIDEOPROYECTOR (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> • MÓDULO INALÁMBRICO 802.111 B/G/N (OPCIONAL), VGA X 2, HDMI X 1, VIDEO COMPUESTO X 1, S-VIDEO X 1, AUDIO IN, RS-232C X 1, VIDEO OUT X 1, USB A/B X 1 OTROS <ul style="list-style-type: none"> • PARLANTE: 5W MONO • CONSUMO DE ENERGÍA 110V A 120V: 284W (NORMAL) 208 (ECO) • DIMENSIONES (ANCHO X PROF. X ALT.): 297 X 87 X 244 MM • PESO: APROX. 5.8 LBS. / 2.6KG ACCESORIOS <ul style="list-style-type: none"> • LÁMPARA DE REEMPLAZO • FILTRO DE AIRE DE REEMPLAZO • MÓDULO LAN INALÁMBRICO GARANTÍA 24 MESES 	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD


FICHA TÉCNICA

Renglón 90

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MEGAFONO (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)

MEGAFONO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA QUE ASISTEN A UNIDADES DE SALUD QUE ATIENDEN CON MECANISMOS INCLUYENTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<ul style="list-style-type: none"> - MEGÁFONO DE 50 WATTS CON MICRÓFONO TIPO PATRULLERO - ALCANCE MÁXIMO: 500 METROS EN CIUDAD Y HASTA 1 KM EN ÁREAS ABIERTAS - REPRODUCTOR DE MP3 POR USB/SD - INCORPORA FUNCIÓN DE SIRENA - BATERÍA DE LITIO DE LARGA DURACIÓN, RECARGABLE - DIMENSIONES: 25 X 23 X 36 CM - PESO: 1.36 KG PILAS: 4 AA, INCLUIDAS - BOTONES DE CONTROL PARA EL REPRODUCTOR, CONTROL DE VOLUMEN INDEPENDIENTE AL DEL MICRÓFONO, SELECTOR DE FUNCIÓN Y LEDs INDICADORES DE REPRODUCCIÓN. - ACABADO EN FINO PLÁSTICO RESISTENTE, CUENTA CON UN ANILLO DE PVC EN LA PARTE FRONTAL QUE PERMITE COLOCARLO BOCA-ABAJO, SIN QUE SE RAYE O MALTRATE - INCLUYE CORREA AJUSTABLE - GARANTÍA DE 24 MESES 	1

ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA - DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EXA/AMR



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 91

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANIQUÍES PARA CAPACITACIÓN.

KIT DE CONTROL DE CALIDAD -MANIQUÍ CALIDAD IMAGEN PARA MASTO DIGITAL (ACR DM) -MANIQUÍ DE POLIMETILMETACRILATO (PMMA) -BÁSCULA ESPECIAL (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DISTRIBUCIONES ENVIADAS POR OFICIO POR LA DCM)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>MANIQUÍES PARA CAPACITACIÓN (KIT DE CONTROL DE CALIDAD) INTEGRADO POR TRES ELEMENTOS</p> <p>A.- MANIQUÍ DE CALIDAD DE IMAGEN PARA MASTOGRAFÍA DIGITAL (ACR DM)</p> <p>B.- BÁSCULA ESPECIALIZADA</p> <p>C.- MANIQUÍ DE POLIMETILMETACRILATO (PMMA)</p> <p>EL KIT DE CONTROL DE CALIDAD DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DESCRIPTAS A CONTINUACIÓN:</p> <p>A) MANIQUÍ DE CALIDAD DE IMAGEN PARA MASTOGRAFÍA DIGITAL (ACR DM).</p> <p>MANIQUÍ PARA EVALUAR CALIDAD DE IMAGEN EN MAMOGRAFÍA DIGITAL.</p> <p>QUE SIMULE UNA MAMA COMPRIMIDA DE 4.2 CM DE ESPESOR.</p> <p>QUE CONTENGA TRES GRUPOS DE OBJETOS QUE SIMULEN ESTRUCTURAS DE INTERÉS DIAGNOSTICO DE DIFERENTES TAMAÑOS, COMO SON DUCTOS (SEIS FIBRAS DE NILON), CÚMULOS DE MICROCALCIFICACIONES (SEIS GRUPOS) Y MASAS TUMORALES (SEIS).</p> <p>QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE: CALIDAD DE IMAGEN, UNIFORMIDAD, ARTEFACTOS Y RELACIÓN CONTRASTE A RUIDO (RCR).</p>  <p>B) INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA FUERZA DE COMPRESIÓN EN LOS SISTEMAS DE MASTOGRAFÍA.</p>	2



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 9

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANIQUÍES PARA CAPACITACIÓN.

KIT DE CONTROL DE CALIDAD -MANIQUÍ CALIDAD IMAGEN PARA MASTO DIGITAL (ACR DM) -MANIQUÍ DE POLIMETILMETACRILATO (PMMA) -BÁSCULA ESPECIAL (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DISTRIBUCIONES ENVIADAS POR OFICIO POR LA DCM)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>BÁSCULA DIGITAL ESPECIALIZADA QUE PERMITA MEDIR LA FUERZA DE COMPRESIÓN EN LOS SISTEMAS DE MASTOGRAFÍA.</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: RANGO: 0-34.0 KG (0-75 LB), EXACTITUD ± 0.01 KG.</p> <p>LAS UNIDADES DE LA BÁSCULA DEBERÁN SER KILOGRAMOS (KG).</p> <p>ADICIONALMENTE LA BÁSCULA PODRÁ MANEJAR OTRAS UNIDADES DE MASA TALES COMO LIBRAS LB.</p> <p>LA BÁSCULA DEBERÁ SER ENTREGADA CON CONSTANCIA DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL INSTRUMENTO.</p> 	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 91

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANIQUÍES PARA CAPACITACIÓN.

KIT DE CONTROL DE CALIDAD -MANIQUÍ CALIDAD IMAGEN PARA MASTO DIGITAL (ACR DM) -MANIQUÍ DE POLIMETILMETACRILATO (PMMA) -BÁSCULA ESPECIAL (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DISTRIBUCIONES ENVIADAS POR OFICIO POR LA DCM)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>C) MANIQUÍ DE POLIMETILMETACRILATO (PMMA) PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN.</p> <p>7 PLACAS DE POLIMETILMETACRILATO (PMMA) O ACRÍLICO RECTIFICADAS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 PIEZAS DE 14.0 CM X 14.0 CM X 1.90 CM ± 2.0 MM · 2 PIEZAS DE 14.0 CM X 14.0 CM X 0.95 CM ± 1.5 MM · 2 PIEZAS DE 14.0 CM X 14.0 CM X 0.48 CM ± 1.0 MM  <p>EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESTAR APOYO TÉCNICO Y DE SERVICIO PARA ASESORÍA O POR FALLA O DEFECTO DE LOS MANIQUÍES Y DE LOS INSTRUMENTOS.</p> <p>CONDICIONES DE ENTREGA</p> <ul style="list-style-type: none"> · CADA MANIQUÍ E INSTRUMENTO DEBERÁ SER ENTREGADO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: · GUÍA RÁPIDA DE USO. · MANUAL DE USUARIO E INSTRUCTIVO, EN IDIOMA ESPAÑOL. · POLÍLIZA DE GARANTÍA (FIRMANDO CARTA DE CONFORMIDAD), VÁLIDA CON PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES O REPRESENTANTES DE LOS MISMOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA. · LA GARANTÍA DE LOS MANIQUÍES E INSTRUMENTOS DEBERÁ SER DE 24 MESES. · EL INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA FUERZA DE COMPRESIÓN DEBERÁ SER ENTREGADOS CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO. <p>EN CADA LUGAR DE ENTREGA, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LO SIGUIENTE:</p>	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 91

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANIQUÍES PARA CAPACITACIÓN.

KIT DE CONTROL DE CALIDAD -MANIQUÍ CALIDAD IMAGEN PARA MASTO DIGITAL (ACR DM) -MANIQUÍ DE POLIMETILMETACRILATO (PMMA) -BÁSCULA ESPECIAL (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DISTRIBUCIONES ENVIADAS POR OFICIO POR LA DCM)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>OREMISIÓN DE LOS BIENES QUE ENTREGUE, EN LA QUE DEBERÁ INCLUIR:</p> <p>*FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.</p> <p>*DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL BIEN.</p> <p>*DOMICILIO DEL LUGAR EN EL QUE SE ENTREGA.</p> <p>*ESPAZIO PARA SELLO DEL ALMACÉN ESTATAL.</p> <p>*ESPAZIO PARA NOMBRE Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL RESPONSABLE DEL ALMACÉN ESTATAL.</p> <p>*ESPAZIO PARA NOMBRE Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA DE CÁNCER DE LA MUJER</p> <p>LOS RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DEL INSUMO VERIFICARÁN QUE LAS CANTIDADES CORRESPONDAN A LO SEÑALADO, Y QUE EL INSUMO (BIEN DE CONSUMO) CUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS, DE NO CUMPLIR ÉSTE NO SERÁ RECIBIDO.</p> <p>SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO</p> <p>EL PROVEEDOR SE OBLIGA A PROPORCIONAR UN NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO PARA SOLICITUD DE APOYO TÉCNICO, ASESORÍA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODOS LOS MANIQUÍES E INSTRUMENTOS CONSIDERADOS EN ESTE DOCUMENTO.</p> <p>EL PROVEEDOR, SE COMPROMETERÁ A DAR ATENCIÓN INMEDIATA CUANDO SE LE REQUIERA POR ALGÚN MAL FUNCIONAMIENTO, DEFECTO O VÍCOS OCULTOS TANTO DE LOS MANIQUÍES, ASÍ COMO DE LOS INSTRUMENTOS A APLICAR LA PÓLIZA DE GARANTÍA Y CANJEARÁ, EN CASO DE SER NECESARIO, SIN COSTO ALGUNO EL MANIQUÍ O INSTRUMENTO EN QUE SE HAYA PERCATADO EL VÍCIO OCULTO O PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO. DEBERÁ REPONER EL MANIQUÍ O INSTRUMENTO EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA A LOS CUARENTA DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN.</p>	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 92

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: 564.002.0755	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO DE PELOTAS DE VINIL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: FORMA Y TAMAÑO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.

PELOTA KINÉSICA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>JUEGO DE 4 PELOTAS DE VINIL</p> <p>TAMAÑOS DISPONIBLES: 45CM, 55CM, 65CM, 75CM</p> <p>HECHAS DE MATERIAL PVC, DURADERO, ANTIEXPLOSIVO, ECOLÓGICO SIN OLORES</p> <p>SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE</p> <p>INCLUYE BOMBA PARA INFLAR</p> <p>COLORES INDISTINTOS</p> <p>GARANTÍA 12 MESES</p>  <p>Si mides 1,80 centímetros o más</p> <p>Si mides entre 1,63 a 1,80 centímetros</p> <p>Si mides de 1,50 a 1,63 centímetros</p> <p>Si mides menos de 1,50 centímetros</p>	4

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


Renglón 93

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: APARATO CICLOMASAJE (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

ADITAMENTOS EN TRABAJO DE PARTO Y PARTO PARA SLPR. DIFUSOR DE ESENCIAS PARA AROMATERAPIA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	APARATO CICLOMASAJE DIFUSOR DE ESENCIAS PARA AROMATERAPIA. ELABORADO DE MATERIAL PLASTICO RESISTENTE HUMIFICADOR DE ACEITES NATURALES. PERMITE DIFUNDIR ACEITES NATURALES EN EL AIRE TRANSFORMA EL LIQUIDO EN ABUNDANTE NIEBLA INCOLORA OPERACION SIN RUIDO ES IDEAL PARA BRINDAR TERAPIA DE RELAJACION GARANTIA 12 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 94

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.667.0081	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: OXÍMETRO DE PULSO. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN Y EL REGISTRO CONTINÚO DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE PERIFÉRICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE. FRECUENCIA CARDIACA. CURVA DE PLETISMOGRAFÍA. TENDENCIAS DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES. TECLADO. VOLUMEN PARA TONO DE PULSO, AJUSTABLE. DIMENSIONES Y PESO.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	OXÍMETRO DE PULSO EQUIPO PARA LA MEDICIÓN Y EL REGISTRO CONTINÚO DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE PERIFÉRICA DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES. TECLADO VOLUMEN PARA TONO DE PULSO AJUSTABLE DIMENSIONES Y PESO. GARANTÍA 24 MESES	1



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA *REnglón 95*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.375.0126	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.

PARA MODULO VSB

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL</p> <p>CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:</p> <p>ARCO Y AURICULARES</p> <p>ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO</p> <p>OLIVAS LAVABLES</p> <p>CON TUBO FLEXIBLE</p> <p>CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN</p> <p>MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN.</p> <p>APLICACIONES SUGERIDAS:</p> <p>EVALUACIÓN FÍSICA, DIAGNÓSTICO.</p> <p>RENDIMIENTO: (1-10 + ESCALA) 7.</p> <p>BILATERAL: BINAURALES SOLO LUMEN.</p> <p>DIAFRAGMA SINTONIZABLE: SI.</p> <p>AURICULAR: MATERIAL AEROESPACIAL DE LA ALEACIÓN.</p> <p>LONGITUD: TUBO 28 in / 71 cm.</p> <p>PESO: 125 g.</p> <p>DIÁMETRO DE DIAFRAGMA: 1,75 in / 4.4 cm.</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 96

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PORTA PINZA QUIRÚRGICO (EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO)
PORTA-AGUJAS / MÓDULO DE RIESGO REPRODUCTIVO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	PORTA AGUJA PARA MICROSUTURA PORTA AGUJAS BARRAQUER SIN RETÉN QUIJADAS CURVAS DE TITANIO LONGITUD DE 110 A 115 MM. ACERO INOXIDABLE GARANTÍA DE 24 MESES. 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 97

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.345.0016	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ANALIZADORES. GLUCÓMETRO. UNIDAD PORTÁTIL PARA MEDIR GLICEMIA. DESCRIPCIÓN: CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO O REFLECTANCIA. CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 500 O 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 10 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MÁXIMO 45 SEGUNDOS. CON O SIN MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10° A 40° +/- 5° C.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	ANALIZADORES. GLUCÓMETRO. UNIDAD PORTÁTIL PARA MEDIR GLICEMIA. CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO O REFLECTANCIA CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 500 O 600 MG/DL SIN NECEISDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR DISPOSITIVODE PUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 10 MICROLITROS TIEMPO DE PRUEBA: MÁXIMO 45 SEGUNDOS CON O SIN MEMORIA DE PRUEBAS INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10° A 40° +/-5°C. CON INSTRUCTIVO PARA USO GARANTÍA DE 24 MESES.	1



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 98

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESCALERA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

ESCALERILLA 2 PELDAÑOS / MÓDULO DE RIESGO REPRODUCTIVO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	<p>ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS DE 26 Y 38 CM ALTURA ESTRUCTURA DE ACERO DE CARBONO CROMADA SUPERFICIE ANTI DERRAPANTE, COLOR DE LA ESTRUCTURA: CROMADA REFUERZO EN MEDIO TAPIZADOS CON HULE ANTIDERRAPANTE PROTEGIDOS CON MOLDURA DE ALUMINIO. CON TAPONES DE BARRIL DE GOMA PARA EVITAR MOVIMIENTOS. GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 99

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BANCO LABORATORIO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

BANCO EN "C" (BANCO MAYA)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	<p>BANCO DE PARTO (BANCO EN "C" O MAYA)</p> <p>ASIENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA MACIZA</p> <p>ACABADO HIDROLAQUEADO POLIURETANICO SANITIZABLE</p> <p>DIMENSIONES 55 X 40.5 X 33 CM</p> <p>PESO 4.7-5.5 KG</p> <p>SOPORTA HASTA 200 KG</p> <p>UNIDAD DE EMPAQUE: 1 BANCO</p> <p>GARANTIA 24 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 100

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: OXIMETRO (EQUIPO MEDICO QUIRÚRGICO)

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR OXÍMETRO DE PULSO NEONATAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	<p>OXIMETRO (EQUIPO MEDICO QUIRÚRGICO)</p> <p>EQUIPO PORTÁTIL PARA REGISTRO Y CONTROL CONTINUO DEL NIVEL DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE Y LA FRECUENCIA CARDIACA</p> <p>PARA LA MEDICIÓN EN UN DEDO O MULTISITIO</p> <p>PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE CON INTERVALO DE 0 A 100%</p> <p>FRECUENCIA CARDIACA DENTRO DEL RANGO DE 18 A 300 LATIDOS POR MINUTO.</p> <p>LED O BARRA DE COLOR PARA INDICAR LA CALIDAD DE LA SEÑAL DE PERFUSIÓN RECIBIDA.</p> <p>CON INDICADOR DE BATERÍA BAJA.</p> <p>ALARMAS PROGRAMABLES AUDIBLES Y VISUALES ALTA Y BAJA.</p> <p>PESO MÁXIMO DE 550 GRAMOS.</p> <p>ESTUCHE PARA GUARDA DE OXÍMETRO</p> <p>CERTIFICACION NORMA ISO 13485:2016</p> <p>GARANTIA 24 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

REnglón 101

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.562.1457	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA. APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. FUENTE DE LUZ HALÓGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO.
LÁMPARA DE CHICOTE / MÓDULO DE RIESGO REPRODUCTIVA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	<p>LAMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA, DE CHICOTE</p> <p>COLUMNA FIJA CON UNA BASE QUE INCLUYE 5 RUEDAS</p> <p>FORMA DE GENERACIÓN DE LUZ CON UNA LUMINARIA HALÓGENA DE EMERGENCIA CON REEMPLAZO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE USO EN EL PANEL DE CONTROL O DE VARIAS LUMINARIAS</p> <p>BRAZO PORTA LÁMPARA CON ROTACIÓN ILIMITADA. CAPACIDAD DE ABATIMIENTO DE 45° O MAYOR O AJUSTE VERTICAL DE 90 CM O MAYOR.</p> <p>MANGO DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE.</p> <p>CON PANEL ELECTRÓNICO CON TECLAS DE MEMBRANA PARA CONTROL DE: ENCENDIDO Y APAGADO E INTENSIDAD LUMINOSA</p> <p>INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 120,000 LUXES O MAYOR A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE</p> <p>TEMPERATURA DE COLOR DENTRO DEL RANGO DE 4000 A 5000 ° KELVIN EN EL CAMPO OPERATORIO</p> <p>LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS</p> <p>PROFUNDIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO DE 30 CM O MAYOR</p> <p>DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 20 CM O MAYOR Y VARIABLE</p> <p>FILTRO REDUCTOR DE CALOR CON INCREMENTO DE TEMPERATURA EN LA ZONA DE OPERACIÓN DE 10 A 15°C COMO MÁXIMO Y EN LA ZONA DE LA CABEZA 2°C.</p> <p>REQUIERE REPUESTO DE FOCO</p>	1



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

Renglón 10

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.562.1457	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA. APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. FUENTE DE LUZ HALÓGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DÍAMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. LÁMPARA DE CHICOTE / MÓDULO DE RIESGO REPRODUCTIVA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	SUPERFICIES EXTERIORES LISAS QUE PERMITAN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ADECUADA GARANTÍA DE 24 MESES. 	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


REnglon 102

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: APARATO RESUCITADOR (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR. RESUCITADOR PARA RECIÉN NACIDOS BALÓN-VÁLVULA-MASCARILLA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	APARATO RESUCITADOR (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) RESUCITADOR PARA RECIÉN NACIDOS BALÓN-VÁLVULA-MASCARILLA CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO TRIPLE SISTEMA EN LINEA RECTA FACILITANDO LA VISUALIZACION Y EL CONTROL DE PRESIONES Y FRECUENCIAS EN SU UTILIZACION. SISTEMA DE VÁLVULA CON UN SÓLO OBTURADOR PARA UN FUNCIONAMIENTO Fiable. ASA DE SUJECCIÓN INTEGRADA PARA COMODIDAD DEL USUARIO Y COMPRESIÓN UNIFORME. LA BOLSA DE COMPRESIÓN DE GROSOR FINO PERMITE LA DISTENSIBILIDAD PULMONAR SUPERFICIE SAFEGRIP PARA UN MANEJO SEGURO EN AMBIENTES ESTRESANTES. PUNTO DE MEDICACIÓN QUE PERMITE LA ADMINISTRACIÓN RÁPIDA DE MEDICAMENTOS SIN DESCONECTAR EL RESUCITADOR DEL TUBO ET. CERTIFICADO NORMA ISO 13485:2016 GARANTIA 24 MESES	4



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 103

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BANCO LABORATORIO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)
BANCO DE ALTURA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	<p>BANCO DE ALTURA</p> <p>PELDAÑO DE 38 x 24 X 21 CM</p> <p>FABRICADO DE LAMINA ESMALTADA CON CUBIERTA ANTIDERRAPANTE Y MOLDURA DE ALUMINIO</p> <p>ESTRUCTURA TUBULAR DE 2.CM DE DIAMETRO</p> <p>SOPORTA HASTA 200 KG</p> <p>ACABADO EN CROMO</p> <p>GARANTIA 24 MESES</p> 	4

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 104

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.562.1010	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LAMPARA CIRUGIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

PARA MODULO VSB

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	<p>LAMPARA CIRUGÍA</p> <p>EQUIPO FIJO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE LA EXPLORACIÓN O MANIOBRAS QUIRÚRGICAS.</p> <p>EQUIPO NO INVASIVO, UTILIZADO EN EL QUIRÓFANO DE UNIDADES DE 20. Y 3ER. NIVELES DE OPERACIÓN.</p> <p>COLUMNA FIJA A TECHO.</p> <p>INTEGRADA POR DOS LÁMPARAS.</p> <p>CADA LÁMPARA CON: BRAZO PORTA LÁMPARAS CON GIRO DE 360 GRADOS.</p> <p>CAPACIDAD DE MOVIMIENTOS ABATIBLES DE +/- 45° O MAYOR Y AJUSTE VERTICAL DE 90 CM O MAYOR.</p> <p>CON PANEL DIGITAL O TECLAS DE MEMBRANA EN EL SATÉLITE O CABEZA PARA CONTROL DE: ENCENDIDO Y APAGADO E INTENSIDAD LUMINOSA.</p> <p>CON LUMINARIA HALÓGENA DE EMERGENCIA CON REEMPLAZO AUTOMÁTICO E INDICADOR LUMINOSO DE USO EN EL PANEL DE CONTROL. INTENSIDAD LUMINOSA DENTRO DEL RANGO DE 120,000 A 150,000 LUXES POR LUMINARIA A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE.</p> <p>PROFUNDIDAD CONSTANTE DEL CAMPO DE LUZ SIN REENFOQUE EN ZONA DE 75 A 125 CM. LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS.</p> <p>FILTRO REDUCTOR DE CALOR CON INCREMENTO DE TEMPERATURA EN LA ZONA DE OPERACIÓN DE 10 A 15°C COMO MÁXIMO Y EN LA ZONA DE LA CABEZA 2°C.</p> <p>TEMPERATURA DE COLOR DENTRO DEL RANGO DE 4000 A 5000 GRADOS KELVIN O MAYOR.</p> <p>SUPERFICIES EXTERIORES LISAS QUE PERMITAN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ADECUADA.</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 105

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: INFANTOMETRO

MOBILIARIO GENERAL PARA SLPR BÁSCULA / INFANTÓMETRO PARA RN

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	<p>INFANTOMETRO.</p> <p>ESTADIMETRO PEDIATRICO.</p> <p>EQUIPO PARA MEDICION DE LA LONGITUD DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS</p> <p>CON COLCHONETA PORTATIL HIPOALERGENICA FLEXIBLE</p> <p>CON DISPOSITIVO PARA COLGAR.</p> <p>CON TOPE FIJO PARA LA CABEZA Y TOPE MOVIL PARA LOS PIES</p> <p>RANGO DE MEDICION CON DIVISIONES CON ESCALA NUMERICA EN CENTIMETROS Y MILIMETROS.</p> <p>MATERIAL ALUMINIO O PLASTICO RESISTENTE</p> <p>CERTIFICACION NORMA ISO 13485:2016</p> <p>GARANTIA 24 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

Renglón 106

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TRIPIE PORTA SUERO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

MOBILIARIO GENERAL PARA SLPR TRIPÍE / PORTA SOLUCIONES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	TRIPIE PORTA SUERO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) PORTASUEROS TRIPIE DE BASE CROMADA FABRICADO CON PORTE DE TUBO REDONDO DE 2.5 DE DIAMETRO ACABADO CROMADO CON BASE (TRIPIE) DE TUBO CUADRADO ACABADO CROMADO. GANCHO DE VARILLA DE 1CM DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. RODAJAS DE BOLA DE 5CM DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. MEDIDAS APROX: 1.05 MTS, DE ALTURA x 25 x 25 DE LA BASE. PERILLA PARA AJUSTE DE ALTURA CERTIFICACION NORMA ISO 13485:2016 GARANTIA 24 MESES	4

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

REnglon 107

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 33	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.562.1457	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA. APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. FUENTE DE LUZ HALÓGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO.

LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA. FUENTE DE LUZ HALÓGENA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA. APARATO PORTÁTIL RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE FUENTE DE LUZ HALÓGENA INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. REQUIERE REPUESTO DE FOCO GARANTÍA DE 24 MESES.	33



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Benglin 108

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.081.0014	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTÍNUA. EQUIPO RODABLE PARA ASPIRACIÓN CONTINUA DE LÍQUIDOS Y OTROS FLUIDOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CAPACIDAD DE SUCCIÓN, MANOVACUÓMETRO CON ESCALA EN MM DE HG. FLUJO. PANEL DE CONTROL PARA: ENCENDIDO Y APAGADO, GRADUACIÓN DEL NIVEL DE SUCCIÓN. MOTOR SILENCIOSO, CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA. GABINETE O BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE REBOSAMIENTO DE LÍQUIDOS. ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN REGULABLE

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA EQUIPO RODABLE PARA ASPIRACION CONTINUA DE LIQUIDOS Y OTROS FLUIDOS. CAPACIDAD DE SUCCION MANOVACUOMETRO CON ESCALA DE EN MM DE HG PANEL DE CONTROL PARA: ENCENDIDO Y APAGADO GRADUACION DEL NIVEL DE SUCCION MOTOR SILENCIOSO CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA GABINETE O BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE REBOSAMIENTO DE LIQUIDOS. CERTIFICADO NORMA ISO 13485:2016 GARANTIA 24 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA


Renglón 109

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: GLUCOMETRO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

PARLANTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL QUE ASISTEN A UNIDADES DE SALUD QUE ATIENDEN CON MECANISMOS INCLUYENTES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
19	<p>GLUCÓMETRO PARLANTE</p> <p>- MEDIDOR PORTÁTIL CON GUIA DE VOZ EN ESPAÑOL DURANTE TODO EL PROCESO</p> <p>- ALMACENA HASTA 300 RESULTADOS CON FECHA Y HORA</p> <p>- INCLUYE DISPOSITIVO DE PUNCIÓN, 10 LANCETAS Y ESTUCHE</p> <p>- MEDICIÓN EN 6 SEGUNDOS</p> <p>- ALIMENTACIÓN MEDIANTE DOS PILAS AAA, INCLUIDAS</p> <p>- LOS PROMEDIOS Y RESULTADOS DE 7, 14 Y 30 DÍAS, SE PUEDEN DESCARGAR EN LA PC MEDIANTE CONEXIÓN USB</p> <p>- PANTALLA LCD</p> <p>- APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 2 MINUTOS</p> <p>- PESO 2.3 ONZAS</p> <p>- INCLUYE INSTRUCTIVO</p> <p>- GARANTÍA DE 12 MESES</p>	2



ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA - DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EXA/AMR




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 110

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.292.0019	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES. EQUIPO PORTÁTIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNÓSTICO, POR MÉTODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER PULSADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: TRANSDUCTOR PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA; CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO. QUE OPERE CON BATERÍAS RECARGABLES O DESECHABLES. INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA. APAGADO AUTOMÁTICO. BOCINA. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. PROCESADO DE AUTOCORRELACIÓN.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20	<p>FONODECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES.</p> <p>EQUIPO PORTATIL,</p> <p>PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL CON FINES DE DIAGNÓSTICO, POR MÉTODO NO INVASIVO POR EFECTO DOPPLER</p> <p>TRANSDUCTOR CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DEL LATIDO CARDIACO</p> <p>OPERA CON BATERIA RECARGABLES O DESECHABLES AA INCLUIDAS</p> <p>INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERIA BAJA</p> <p>APAGADO AUTOMÁTICO</p> <p>BOCINA .</p> <p>CONTROL DE VOLUMEN VARIABLES</p> <p>PROCESADO DE AUTOCORRELACION</p> <p>CERTIFICACION NORMA ISO 13485:2016</p> <p>GARANTIA DE 24 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA


Bengón 11

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA RUEDAS (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

SILLA DE RUEDAS EQUIPO PARA CONTRIBUIR A LA MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ PARA LA DEAMBULACIÓN

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
21	<p>SILLA RUEDAS (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)</p> <p>DESCRIPCIÓN ADICIONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SILLA DE RUEDAS PARA USO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, CON DISCAPACIDAD Y EMBARAZADAS DE USAMI - DISEÑADA CON RESISTENTE ESTRUCTURA Y TAPICERÍA DE NYLON ACOJINADA CON RETARDANTE A LA FLAMA. - DESCANSABRAZOS TIPO SPORT ERGONÓMICOS CON DISEÑO FLIP UP Y ACOJINADOS DE PU. - LLANTA NEUMÁTICA XTREME DE 24" CON RIN DE ALUMINIO Y ARO MOTRIZ DE ACERO Y RUEDA DELANTERA SEMI NEUMÁTICA DE 8" X 2". - REFLEJANTES PARA RAYOS Y TRASEROS EN CHASIS. - ALTURA 88 CM PROFUNDIDAD 40 CM ANCHO 46 DEL ASIENTO Y TOTAL DE LA SILLA 66 CM - COLOR: NEGRO - PESO QUE SOPORTA 120 KG - GARANTÍA DE 24 MESES 	3



ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA - DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EXA/AMR



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Reng Bn 112

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.562.1457	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50614 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA. APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. FUENTE DE LUZ HALÓGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO.

LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE UN LED, CABEZAL PEQUEÑO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
22	<p>LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE 1 LED, CABEZAL PEQUEÑO</p> <p>LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA</p> <p>APARATO PORTÁTIL, CON BASE RODABLE Y FRENO.</p> <p>FUENTE DE LUZ HALÓGENA.</p> <p>INTENSIDAD DE LA LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR.</p> <p>TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN.</p> <p>CABEZAL PEQUEÑO DE ILUMINACIÓN COMPACTA.</p> <p>TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL.</p> <p>CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN.</p> <p>CUMPLIR CON LA NORMA ISO 13485:2016</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES.</p>	5

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


Renglón 113

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 14	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO OXIGENO TERAPIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

TANQUE DE OXIGENO PORTATIL 682 LT CON CARRITO INCLUYE VASO HUMIDIFICADOR

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
23	EQUIPO OXIGENO TERAPIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) TANQUE DE OXIGENO PORTATIL 682 LT CON CARRITO INCLUYE VASO HUMIDIFICADOR. CUMPLIR CON LA NORMA ISO 13485:2016 GARANTÍA DE 24 MESES.	14



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES <i>Guadalupe Diaz</i>
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA <i>Salvador Beristain</i>

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 114

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.110.0175	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

BASCULA ESTADIMETRO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

BÁSCULA / MÓDULO DE RIESGO REPRODUCTIVO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
24	<p>BASCULA ESTADIMETRO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)</p> <p>CAPACIDAD MÁXIMA DE 220 KG.</p> <p>MATERIAL DE LA PLATAFORMA DE HIERRO.</p> <p>PESAJE CON GRAN PRECISIÓN.</p> <p>TIPO DE BALANZA MECÁNICA</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSY RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


R029167 115

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.385.0736	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTERILIZADORES (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

ESTERILIZADOR DE CALOR SECO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
25	<p>ESTERILIZADOR DE CALOR SECO</p> <p>EL SISTEMA DE OPERACIÓN CUENTA CON LAS FUNCIONES DE: PRECALENTAMIENTO Y CICLO DE ESTERILIZACIÓN AUTOMÁTICO</p> <p>PROGRAMA DE TEMPERATURA CON RANGO DE 100-180 GRADOS CENTÍGRADOS</p> <p>PROGRAMA DE TIEMPO CON UN RANGO DE 10 - 99 MINUTOS</p> <p>CONTROL DE TEMPERATURA Y MONITOREO EN LA CÁMARA INTERNA (QUE SE PUEDE VISUALIZAR EN EL LCD)</p> <p>CUENTA CON MEMORIA DE PROGRAMA,</p> <p>EN LA QUE USTED PUEDE ALMACENAR LOS DATOS DE TEMPERATURA</p> <p>TIEMPO QUE UTILICE CON MAYOR FRECUENCIA</p> <p>PROGRAMA DE DETECCIÓN DE ERROR EN LA OPERACIÓN QUE GARANTIZA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO.</p> <p>ES OPERADO POR UN MICROCONTROLADOR</p> <p>OFRECE EL CONTROL ABSOLUTO EN EL SISTEMA DE OPERACIÓN</p> <p>EL RECOBRIEMIENTO DEL CUERPO ES CON PINTURA DE TIPO ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA.</p> <p>LA LÍNEA DEL ESTERILIZADOR, ES LISA E IMPECABLE, QUE LE PROPORCIONA A LA VISTA UN ASPECTO MODERNO.</p> <p>CUMPLIR CON LA NORMA ISO 13845:2016</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES.</p>	1



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Bengón 116

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.385.0736	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTERILIZADOR DE CALOR SECO. GABINETE. EQUIPO ESTERILIZADOR DE AIRE CALIENTE PARA INSTRUMENTAL ESTOMATOLÓGICO QUE NO RESISTE HUMEDAD Y PRESIÓN. EQUIPO PORTÁTIL, EN GABINETE, DE OPERACIÓN MANUAL Y GENERADOR DE AIRE CALIENTE POR MEDIOS ELÉCTRICOS. CÁMARA HORIZONTAL DE 40 X 20 X 20 CM., CON PUERTA DE APERTURA MANUAL. TEMPERATURA DE CÁMARA AJUSTABLE DE 121º A 180º C Y CRONORRUPTOR PARA EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
26	<p>ESTERILIZADOR DE CALOR SECO</p> <p>EL SISTEMA DE OPERACIÓN CUENTA CON LAS FUNCIONES DE: PRECALENTAMIENTO Y CICLO DE ESTERILIZACIÓN AUTOMÁTICO</p> <p>PROGRAMA DE TEMPERATURA CON RANGO DE 100-180 GRADOS CENTÍGRADOS</p> <p>PROGRAMA DE TIEMPO CON UN RANGO DE 10 - 99 MINUTOS</p> <p>CONTROL DE TEMPERATURA Y MONITOREO EN LA CÁMARA INTERNA (QUE SE PUEDE VISUALIZAR EN EL LCD)</p> <p>CUENTA CON MEMORIA DE PROGRAMA,</p> <p>EN LA QUE USTED PUEDE ALMACENAR LOS DATOS DE TEMPERATURA</p> <p>TIEMPO QUE UTILICE CON MAYOR FRECUENCIA</p> <p>PROGRAMA DE DETECCIÓN DE ERROR EN LA OPERACIÓN QUE GARANTIZA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO.</p> <p>ES OPERADO POR UN MICROCONTROLADOR</p> <p>OFRECE EL CONTROL ABSOLUTO EN EL SISTEMA DE OPERACIÓN</p> <p>EL RECUBRIMIENTO DEL CUERPO ES CON PINTURA DE TIPO ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA.</p> <p>LA LÍNEA DEL ESTERILIZADOR, ES LISA E IMPECABLE, QUE LE PROPORCIONA A LA VISTA UN ASPECTO MODERNO.</p> <p>CUMPLIR CON LA NORMA ISO 13845:2016</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES.</p>	1



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSY RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Reng167 117

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE) (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
27	<p>ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE) (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)</p> <p>HERRAMIENTA DE ALTO RENDIMIENTO</p> <p>OFTALMOSCOLPIO: ALTURA TOTAL 17,5 CM ANCHO DEL CABEZAL 3,3 CM PROFUNDIDAD DEL CABEZAL 3,0 CM DIÁMETRO DEL MANGO 2,1 CM</p> <p>PESO CABEZAL Y MANGO (SIN BATERÍAS) 72,6 GR</p> <p>TIPO DE BATERÍA ALKALINA AA X 2</p> <p>TIPO DE BOMBILLO LED</p> <p>DURACIÓN DEL BOMBILLO HASTA 20.000 HORAS</p> <p>RANGO DE DIOPTRÍAS -20 A + 20</p> <p>ESCALA DE DIOPTRÍAS -20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20</p> <p>TIPOS DE FILTRO LIBRE DE ROJO, AZUL COBALTO</p> <p>DENSIDAD NEUTRAL</p> <p>TAMAÑOS DEL PUNTO DE APERTURA 5 (MICROPUNTO, PEQUEÑO, GRANDE, RANURA, FIJACIÓN)</p> <p>APERTURA GRANDE DE FLUJO TOTAL (LÚMENES, ANDOR) .20 A .50 LÚMENES</p> <p>CAMPO DE ILUMINACIÓN/ DISTRIBUCIÓN, APERTURA GRANDE 11,4 MM A UNA DISTANCIA DE 50 MM</p> <p>OTOSCOPIO: ALTURA TOTAL 16,8 CM ANCHO DEL CABEZAL 3,0 CM PROFUNDIDAD DEL CABEZAL 5,1 CM</p> <p>CAPACIDAD DE AUMENTO 3,6X DIOPTRÍA 10,4</p> <p>DISTANCIA DE TRABAJO CON ESPÉCULOS DE 4.5MM (VISUAL, MEJOR DISTANCIA DE ENFOQUE)</p> <p>12.4 MM DE LA PUNTA DEL ESPÉCULO DE 4.5 MM RESOLUCIÓN CON ESPÉCULOS (VISUAL, LP/MM)</p> <p>8 LP/MM A LA DISTANCIA DE PROFUNDIDAD DE ENFOQUE CON ESPÉCULOS (VISUAL) 11 A 25 MM DE LA PUNTA DEL ESPÉCULO</p> <p>LONGITUD FOCAL 96 MM</p> <p>CAMPO DE ILUMINACIÓN/DISTRIBUCIÓN 34,1 MM A UNA DISTANCIA DE 50 MM DE LA PUNTAFLUJO TOTAL (LÚMENES, ANDOR)</p> <p>HASTA 6.10 LÚMENES CON PUERTO Y SELLO PARA OTOSCOPIA NEUMÁTICA</p>	2



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO


**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

Renglon 117

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE) (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>CERTIFICACIÓN NORMA ISO 13485:2016 GARANTIA 24 MESES</p> 	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDEF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglon 118

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 513.621.2429	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE EN POSICIÓN DE DECÚBITO. MESA DE EXPLORACIÓN CONSTRUIDA CON LÁMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MÍNIMO, LONGITUD TOTAL DE 185 CM COMO MÍNIMO, ANCHO DE 68 CM COMO MÍNIMO CON TRES SECCIONES. DORSO CON MOVIMIENTO NEUMÁTICO PARA ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 80 GRADOS O MAYOR. PÉLVICA. MIEMBROS INFERIORES, DESLIZABLE O ABATIBLE. COLCHÓN DESMONTABLE CON CUBIERTA DE VINIL PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ARENA EN ACABADO MATE. PORTAROLLO DE PAPEL INTEGRADO. CAJONERAS FRONTALES DE ALTO IMPACTO. CAJONERAS LATERALES DERECHAS DE ALTO IMPACTO. ESCALÓN DESLIZABLE INTEGRADO. CUBIERTA ANTIDERRAPANTE. CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS. TALONERAS RETRÁCTILES INTEGRADAS, PIERNERAS TIPO GOEPÉL ACOJINADAS CON FIJADORES.

MESA DE EXPLORACIÓN CON PIERNERAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
28	<p>MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE EN POSICIÓN DE DECÚBITO.</p> <p>CONSTRUIDA CON LÁMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MÍNIMO, LONGITUD TOTAL DE 185 CM COMO MÍNIMO, ANCHO DE 68 CM COMO MÍNIMO CON TRES SECCIONES. DORSO CON MOVIMIENTO NEUMÁTICO PARA ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 80 GRADOS O MAYOR. PÉLVICA. MIEMBROS INFERIORES, DESLIZABLE O ABATIBLE. COLCHÓN DESMONTABLE CON CUBIERTA DE VINIL PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ARENA EN ACABADO MATE. PORTAROLLO DE PAPEL INTEGRADO. CAJONERAS FRONTALES DE ALTO IMPACTO. CAJONERAS LATERALES DERECHAS DE ALTO IMPACTO. ESCALÓN DESLIZABLE INTEGRADO. CUBIERTA ANTIDERRAPANTE. CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS. TALONERAS RETRÁCTILES INTEGRADAS, PIERNERAS TIPO GOEPÉL ACOJINADAS CON FIJADORES. CUMPLIR CON LA NORMA ISO 13485:2016 GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 119

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO DE EXPLORACION (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

KIT INSTRUMENTAL MEDICO PROYECTO EDUSEX

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
29	<p>KIT INSTRUMENTAL MÉDICO PROYECTO EDUSEX</p> <p>INCLUYE:</p> <p>KIT DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUE DEBE INCLUIR:</p> <p>TIJERA RECTA DE ACERO INOXIDABLE</p> <p>MEDIDA 26 CM. PIEZA.</p> <p>CANTIDAD: UNA</p> <p>GARANTÍA POR 24 MESES</p> <p>HOJA PARA BISTURÍ. DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRILES Y DESECHABLES.</p> <p>NO. 10 O 12 O 15</p> <p>CAJA CON 100 PIEZAS.</p> <p>CANTIDAD: ONCE CAJAS</p> <p>GARANTÍA POR 24 MESES</p> 	1



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES



FICHA TÉCNICA

Renglon 119

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO DE EXPLORACION (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

KIT INSTRUMENTAL MEDICO PROYECTO EDUSEX

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>2 MANGOS BISTURÍ NO. 3 COMPATIBLE CON HOJAS STANDAR DEL Nº 10, Nº 12 Y Nº 15. ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. GARANTÍA POR 24 MESES</p> 	
	<p>6 ESPEJOS VAGINALES FABRICADO EN ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO EN LA EXPLORACIÓN VAGINAL. CREMALLERA AJUSTABLE PARA LA VARIACIÓN DE APERTURA. TAMAÑOS MEDIDAS PUEDEN VARIAR 2 CHICOS: 9 CM LARGO X 2 CM ANCHO. 2 MEDIANOS: 11.5 CM LARGO X 3.5 CM ANCHO. 2 GRANDES: 13.5 CM LARGO X 3.5 CM ANCHO. ESTERILIZABLE EN LÍQUIDO, GAS, AUTOCLAVE O UV. ACERO INOXIDABLE. GARANTÍA POR 24 MESES</p> 	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

REnglon 119

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO DE EXPLORACION (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

KIT INSTRUMENTAL MEDICO PROYECTO EDUSEX

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>5 PORTA AGUJA PARA MICRO SUTURA. PORTA AGUJAS BARRAQUER, SIN RETÉN, QUIJADAS CURVAS, DE TITANIO, LONGITUD DE 110 A 115 MM. SUTURAR EN MICROCIRUGÍA GARANTÍA POR 24 MESES</p>	
	<p>2 PINZA DE SUJECCIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN. PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. SUJETAR Y FIJAR GASAS EN ASEPSIA Y ANTISEPSIA Y ESPONJEAR O SUJETAR ESTRUCTURAS DELICADAS GARANTÍA POR 24 MESES</p>	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 119

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO DE EXPLORACION (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

KIT INSTRUMENTAL MEDICO PROYECTO EDUSEX

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE 1000 ML DE CAPACIDAD. CONTENER INSTRUMENTAL Y/ O SOLUCIONES Y/ O DESECHOS. GARANTÍA POR 24 MESES</p> 	
	<p>2 HISTERÓMETROS HISTERÓMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACIÓN EN CM ACERO INOXIDABLE LONGITUD DE 31 A 33 CM DIÁMETRO 4 MM GARANTÍA POR 24 MESES</p> 	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO


**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

Renglón 119

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50610 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO DE EXPLORACION (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)
KIT INSTRUMENTAL MEDICO PROYECTO EDUSEX

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 PINZA DE DISECCIÓN. PINZA ADSON, SIN DIENTES LONGITUD DE 110 A 120 MM ACERO INOXIDABLE}QUÉ GARANTÍA POR 24 MESES</p> 	
	<p>1 PINZA DE SUJECCIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN. PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM. GARANTÍA POR 24 MESES</p> 	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**


FICHA TÉCNICA

Renglón 120

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA EXPLORACION (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

MOBILIARIO PARA CONSULTORIO DE VSB

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
30	<p>MESA DE EXPLORACIÓN</p> <p>EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE EN POSICIÓN DE DECÚBITO.</p> <p>CONSTRUIDA CON LÁMINA</p> <p>CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MÍNIMO, LONGITUD TOTAL DE 185 CM COMO MÍNIMO, ANCHO DE 68 CM COMO MÍNIMO</p> <p>CON TRES SECCIONES</p> <p>DORSO CON MOVIMIENTO NEUMÁTICO PARA ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 80 GRADOS O MAYOR. PÉLVICA. MIEMBROS INFERIORES, DESLIZABLE O ABATIBLE.</p> <p>COLCHÓN DESMONTABLE CON CUBIERTA DE VINIL.</p> <p>PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ARENA EN ACABADO MATE</p> <p>PORTAROLLO DE PAPEL INTEGRADO</p> <p>CAJONERAS FRONTALES DE ALTO IMPACTO</p> <p>CAJONERAS LATERALES DERECHAS DE ALTO IMPACTO</p> <p>ESCALÓN DESLIZABLE INTEGRADO</p> <p>CUBIERTA ANTIDERRAPANTE</p> <p>CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS</p> <p>TALONERAS RETRÁCTILES INTEGRADAS, PIERNERAS TIPO GOPEL ACOJINADAS CON FIJADORES</p> <p>CUMPLIR CON LA NORMA ISO 13485:2016</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


Benglon 121

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.562.0905	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LAMPARA EMERGENCIA QUIROFANO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR. LÁMPARA DE EMERGENCIAS PORTÁTIL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
31	<p>LAMPARA DE HAZ</p> <p>LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE UN LED, CABEZAL PEQUEÑO.</p> <p>FUENTE DE LUZ CON LED BLANCO.</p> <p>INTENSIDAD DE LUZ DE 20,000 LUXES COMO MÍNIMO A UNA DISTANCIA ENTRE 40 Y 60 CM.</p> <p>TEMPERATURA DE COLOR DE 4500 GRADOS KELVIN COMO MÍNIMO.</p> <p>TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL LED 50,000 HORAS COMO MÍNIMO.</p> <p>CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA.</p> <p>LONGITUD DEL BRAZO FLEXIBLE DE 79 CM</p> <p>CON DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN VARIABLE EN EL RANGO DE 4 A 25 CM A UNA DISTANCIA DE 40 CM. SOPORTE CON BASE RODABLE Y FRENO</p> <p>CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL</p> <p>CERTIFICACION ISO 13485:2016</p> <p>GARANTIA DE 24 MESES</p>	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSY RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 122

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: 513.621.2429	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50614 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE EN POSICIÓN DE DECÚBITO. MESA DE EXPLORACIÓN CONSTRUIDA CON LÁMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MÍNIMO, LONGITUD TOTAL DE 185 CM COMO MÍNIMO, ANCHO DE 68 CM COMO MÍNIMO. CON TRES SECCIONES. DORSO CON MOVIMIENTO NEUMÁTICO PARA ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 80 GRADOS O MAYOR. PÉLVICA. MIEMBROS INFERIORES, DESLIZABLE O ABATIBLE. COLCHÓN DESMONTABLE CON CUBIERTA DE VINIL. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ARENA EN ACABADO MATE. PORTAROLLO DE PAPEL INTEGRADO. CAJONERAS FRONTALES DE ALTO IMPACTO. CAJONERAS LATERALES DERECHAS DE ALTO IMPACTO. ESCALÓN DESLIZANTE INTEGRADO. CUBIERTA ANTIDERRAPANTE. CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS. TALONERAS RETRÁCTILES INTEGRADAS, PIERNERAS TIPO GOPEL ACOJINADAS CON FIJADORES.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
32	<p>MESA DE EXPLORACION (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)</p> <p>EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE EN POSICIÓN DECÚBITO.</p> <p>CONSTRUIDA DE LÁMINA.</p> <p>DIMENSIONES: COMO MÍNIMO ALTURA DE 80 CM, LONGITUD TOTAL DE 185 CM Y ANCHO DE 68 CM.</p> <p>CON TRES SECCIONES.</p> <p>DORSO CON MOVIMIENTO NEUMÁTICO PARA ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 80 GRADOS.</p> <p>PELVICA. MIEMBROS INFERIORES DESLIZABLE O ABATIBLE.</p> <p>COLCHÓN DESMONTABLE CON CUBIERTA DE VINIL.</p> <p>PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ARENA EN ACABADO MATE.</p> <p>PORTAROLLO DE PAPEL INTEGRADO.</p> <p>CAJONERAS FRONTALES DE ALTO IMPACTO.</p> <p>CAJONERAS LATERALES DERECHAS DE ALTO IMPACTO.</p> <p>ESCALÓN DESLIZANTE INTEGRADO.</p> <p>CUBIERTA ANTIDERRAPANTE.</p> <p>CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS.</p> <p>TALONERAS RETRÁCTILES INTEGRADAS.</p> <p>PIERNERAS TIPO GOPEL ACOJINADAS CON FIJADORES.</p> <p>CUMPLIR CON LA NORMA ISO 13485:2016</p> <p>GARANTIA DE 24 MESES</p>	4

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 123

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 519.154.0128	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CAMA CLINICA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

MOBILIARIO GENERAL PARA SLPR. MESA OBSTÉTRICA PARA PARTO VERTICAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
33	<p>CAMA CLINICA MESA OBSTÉTRICA PARA PARTO VERTICAL CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CAMA COMPLETA ELABORADA DE MATERIAL INOXIDABLE Y LIGERO; COLCHON DE MATERIAL SUAVE Y DE FÁCIL ASEO COLOR INDISTINTO ELEVACIÓN REGULABLE DE CABECERA Y PIECERA; CON RUEDAS Y FRENIOS EN AL MENOS DOS DE LAS RUEDAS; BARANDALES ABATIBLES VENTANA PARA CARA HUECO PARA COLOCACIÓN DE CÓMODO U ORINAL; CAMILA SUPERIOR; MECANISMO DE ROTACIÓN MECÁNICA DE 180 GRADOS; SEGUROS QUE IMPIDAN ROTACIÓN INADVERTIDA Y EVITAR ROTACIÓN DEL PACIENTE NO ASEGURADO; CAMILA INFERIOR SEPARABLE PARA TRASLADO DEL PACIENTE CERTIFICACION NORMA ISO 13485:2016 GARANTIA 24 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 124

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50614 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DETECTADAS PARA GARANTIZAR EL ABORTO SEGURO.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
34	<p>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DETECTADAS PARA GARANTIZAR EL ABORTO SEGURO</p> <p>UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA (EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA TGC POR MEDIO DE POR LO MENOS OCHO CONTROLES INDEPENDIENTES</p> <p>CON 9000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL, SIMULTANEO O INDEPENDIENTES COMO MÍNIMO</p> <p>RANGO DINAMICO DEL SISTEMA DE MÍNIMO 180DB</p> <p>MODOS: BIDIMENSIONAL CON MODO M SIMULTANEO, DOPPLER PULSADO, DOPPLER COLOR. SISTEMA DE ANGIO O MAPEO DE PERFUSIÓN A COLOR, IMÁGENES ARMÓNICAS TRIPLEX EN TIEMPO REAL</p> <p>ZOOM EN TIEMPO REAL CON AL MENOS SEIS NIVELES</p> <p>CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP DE 500 CUADROS O MAYOR EN COLOR COMO MÍNIMO</p> <p>MONITOR LCD A COLOR DE 19 PULGADAS O MAYOR</p> <p>CON 256 TONOS DE GRIS Y 256 TONOS DE COLOR COMO MÍNIMO.</p> <p>CON TRACKBALL O TOUCHPAD, INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL.</p> <p>TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL CON INTERFASE EN ESPAÑOL.</p> <p>PROGRAMA COMPLETO DE MEDICIONES, REPORTES Y CALCULOS: VASCULARES, GINECOLOGICOS, PEDIÁTRICOS Y OBSTÉTRICOS. DISTANCIA, ÁREA, VOLUMEN, ÁNGULOS, VELOCIDAD Y ACCELERACIÓN.</p> <p>QUE PERMITA LA INCLUSIÓN DE PROTOCOLOS POR EL USUARIO CON UN MÍNIMO DE 15 PRE-ESTABLECIDOS.</p> <p>TRAZO AUTOMÁTICO DEL ESPECTRO DOPPLER CON CÁLCULOS DE ÍNDICE DE PULSABILIDAD, RESISTIVIDAD COMO MÍNIMO.</p> <p>CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE.</p> <p>ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE AL MENOS 320 GB.</p> <p>UNIDAD DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE CD-RW O DVD Y PUERTO USB.</p> <p>LICENCIAS DICOM SEND O PRINT, DICOM STORAGE Y DICOM WORKLIST.</p> <p>IMAGEN TRAPEZOIDAL O CONVEXO VIRTUAL O SECTOR EXTENDIDO.</p> <p>IMAGEN COMPUESTA O COMPOSICIÓN ESPACIAL.</p> <p>IMAGEN ADAPTATIVA EN TIEMPO REAL PARA REDUCCIÓN DE RUIDO O PROGRAMA PARA REDUCCIÓN DE RUIDO.</p> <p>ELASTOGRAFÍA MAMARIA.</p> <p>ACCESORIOS:</p> <p>1. TRANSDUCTORES ELECTRÓNICOS MULTIFRECUENCIA O BANDA ANCHA.</p>	4



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 124

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50614 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DETECTADAS PARA GARANTIZAR EL ABORTO SEGURO.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>*LINEAL CON EL RANGO DE 5MHZ O MENOR A 14 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO.</p> <p>* CONVEXO O CURVILINEO CON EL RANGO DE 2 MHZ O MENOR A 5 MHZ O MAYOR COMO MÍNIMO, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS.</p> <p>* TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR.</p> <p>2. ACCESORIOS PARA TOMA DE BIOPSIA PARA EL TRANSDUCTOR CONVEXO.</p> <p>3. ACCESORIOS PARA TOMA DE BIOPSIA PARA EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO.</p> <p>4. CAPACIDAD DE INCORPORAR SOFTWARE DE CARDIOLOGÍA.</p> <p>5. CAPACIDAD DE INCORPORAR 3D EN TIEMPO REAL O 4D.</p> <p>6. UPS DE DOBLE CONVERSIÓN CON SUPRESIÓN DE PICOS. CONSUMIBLES:</p> <p>* FUNDAS DESECHABLES PROTECTORAS PARA EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO.</p> <p>* GEL PARA ULTRASONIDO.</p> <p>* DVD O CD-RW.</p> <p>* PAQUETE (PAPEL Y DONADOR) PARA IMPRESORAS OFERTADAS.</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>* IMPRESORA TÉRMICA B/N E IMPRESORA A COLOR, INTEGRADAS AL GABINETE. PAPEL COMPATIBLE CON IMPRESORA OFERTADA Y DONADOR DE COLOR PARA IMPRESORA.</p> <p>* IMPRESORA EN B/N TÉRMICA.</p> <p>* IMPRESORA EN COLOR POR SUBLIMACIÓN TÉRMICA.</p> <p>*TRANSDUCTORES PARA ESTUDIOS ESPECIALES COMO: UROLOGÍA, TRANSOPERATORIO, ETC.</p> <p>REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO.</p> <p>INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL</p> <p>OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PROVEEDOR</p> <p>CUMPLIR CON LA NORMA ISO 13485:2016.</p> <p>24 MESES DE GARANTIA</p>	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglon 125

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.252.0033	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS, QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL, EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: ELEMENTO DE CALENTAMIENTO PARA PROPORCIONAR UNA TEMPERATURA NO MAYOR DE 39°C TIPO RADIANTE; REGULADOR PARA ESTABILIZAR LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: TEMPERATURA MANUAL Y SERVOCONTROLADA. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: ALARMA DE OPERACIÓN. CON ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA, FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PACIENTE. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DE PIEL; TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DEL COLCHÓN DE GEL; CONTROL DE CORTE AUTOMÁTICO POR ALTA TEMPERATURA. DESPLIEGUE DE MENSAJES DE ALERTA EN ESPAÑOL O CON SIGNOS CONVENCIONALES EN EL PANEL DE CONTROL. LÁMPARA PARA FOTOTERAPIA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: A LOS LADOS DEL RADIADOR DE LA CUNA, CON CONTADOR DE HORAS PARA REGISTRO DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL PACIENTE Y DE VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA, LONGITUD DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 400 A 550 NM, VIDA ÚTIL DE 1,000 HORAS COMO MÍNIMO. CALEFACCIÓN: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CON ELEMENTO DE CALEFACCIÓN, CON INDICADOR DE POTENCIA. ALTURA LIBRE DEL PISO AL ELEMENTO CALEFACTOR. CUNA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS, CON PANELES TRANSPARENTES, ABATIBLES PARA TENER ACCESO COMPLETO AL NEONATO QUE PERMITA LA TOMA DE RADIOGRAFÍAS, CON CHAROLA PARA CHASIS DE RAYOS X, CON SISTEMA QUE PERMITA DAR POSICIÓN AL NEONATO EN TRENDLEMBURG Y CONTRA TRENDLEMBURG. UNIDAD DE TIPO MÓVIL CON RUEDAS Y FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS, CON SOPORTE DE ALTURA VARIABLE. BASE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CHAROLA PARA MONITOR, PUERTO DE ENTRADA DE OXÍGENO, PARA CILINDRO O TOMA MURAL, CON SOPORTE PARA CILINDRO DE OXÍGENO, FLUJÓMETRO Y REGULADOR. CON CAJONES. UNIDAD DE SUCCIÓN CON SOPORTE Y MANÓMETRO DE VACÍO INTEGRADO AL EQUIPO. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN. PORTASUERO. MONITOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTEGRADO O INTERCONSTRUIDO. DESPLIEGUE DE CURVAS DE ECG Y PLETISMOGRAFÍA COMO MÍNIMO. CON ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA ALTERACIONES EN: FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA Y OXIMETRÍA DE PULSO, CON PANTALLA A COLOR DE TECNOLOGÍA LCD DE MATRIZ ACTIVA O TFT O TRC.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
35	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. ELEMENTO DE CALENTAMIENTO PARA PROPORCIONAR UNA TEMPERATURA NO MAYOR DE 39°C TIPO RADIANTE REGULADOR PARA ESTABILIZAR LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES TEMPERATURA MANUAL Y SERVOCONTROLADA CON ALARMA DE OPERACION AUDIBLE Y VISIBLE PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA	2



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 125

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 53101	MARCA:	
CANTIDAD: 2	MODELO:	
CLAVE S.S.: 531.252.0033	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12	
	CANTIDAD OFERTADA:	
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
166	FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PACIENTE. INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DE PIEL CONTROL DE CORTE AUTOMÁTICO POR ALTA TEMPERATURA DESPLIEGUE DE MENSAJES DE ALERTA EN ESPAÑOL O CON SIGNOS CONVENCIONALES EN EL PANEL DE CONTROL LÁMPARA PARA FOTOTERAPIA CON CONTADOR DE HORAS PARA REGISTRO DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL PACIENTE Y DE VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA LONGITUD DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 400 A 550 NM VIDA ÚTIL DE 1,000 HORAS COMO MÍNIMO. CON ELEMENTO DE CALEFACCIÓN, CON INDICADOR DE POTENCIA. ALTURA LIBRE DEL PISO AL ELEMENTO CALEFACTOR. CUNA LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS, CON PANELES TRANSPARENTES, ABATIBLES PARA TENER ACCESO COMPLETO AL NEONATO QUE PERMITA LA MANIPULACION CON CHAROLA PARA CHASIS DE RAYOS X CON SISTEMA QUE PERMITA DAR POSICIÓN AL NEONATO EN TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG UNIDAD DE TIPO MÓVIL CON RUEDAS Y FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS CON SOPORTE DE ALTURA VARIABLE. BASE: CHAROLA PARA MONITOR, PUERTO DE ENTRADA DE OXÍGENO, PARA CILINDRO O TOMA MURAL CON SOPORTE PARA CILINDRO DE OXÍGENO, FLUJÓMETRO Y REGULADOR. CON CAJONES. UNIDAD DE SUCCIÓN CON SOPORTE Y MANÓMETRO DE VACÍO INTEGRADO AL EQUIPO. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN PORTASUERO. MONITOR: INTEGRADO O INTERCONSTRUIDO. DESPLIEGUE DE CURVAS DE ECG Y PLETISMOGRAFÍA COMO MÍNIMO CON ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA ALTERACIONES EN: FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA Y OXIMETRÍA DE PULSO, CON PANTALLA A COLOR DE TECNOLOGÍA LCD DE MATRIZ ACTIVA O TFT O TRC. CAPACITACION PARA USO Y MANEJO AL PERSONAL CERTIFICADO NORMA ISO 13485:2016 GARANTIA 24 MESES	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 125

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.252.0033	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

Renglón 126

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: 537.702.2164	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA. PINZA DE DISECCIÓN CUSHING RECTA, FINA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES. LONGITUD 200 MM.

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR. PINZA DE DISECCIÓN 20 CM

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PINZA DE DISECCIÓN CUSHING RECTA PUNTA FINA SIN DIENTES ESTRÍAS TRANSVERSALES. LONGITUD 200 MM. ACERO INOXIDABLE CERTIFICACION NORMA ISO 13485:2016 GARANTIA 24 MESES	4

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 127

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.859.2672	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TIJERA DE DISECCIÓN. TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR TIJERA MAYO RECTA 17 CM

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	TIJERA DE DISECCIÓN. TIJERA MAYO CURVA LONGITUD 170 MM. ACERO INOXIDABLE GARANTIA 24 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

REnglón 128

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.716.0372	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	PORTA AGUJA MAYO HEGAR RECTO SIN RANURA CENTRAL SISTEMA DE CIERRE TIPO CREMALLERA LONGITUD 18 CM. ACERO INOXIDABLE GARANTIA 24 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


REnglón 129

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 537.702.4863	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA DE HEMOSTASIA. PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR PINZAS ROCHESTER-PEAN CURVA 18 CM

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	PINZA DE HEMOSTASIA. PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN RECTA ESTRÍAS TRANSVERSALES LONGITUD DE 180 A 185 MM. MATERIAL ACERO INOXIDABLE CERTIFICACION NORMA ISO 13485:2016 GARANTIA 24 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES <i>Guadalupe Diaz</i>
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA <i>Salvador Beristain</i>

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 130

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.701.4843	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA DE DISECCIÓN. PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110 A 120 MM, DE LONGITUD

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	PINZA DE DISECCIÓN. PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110 A 120 MM, DE LONGITUD. ACERO INOXIDABLE GARANTÍA DE 24 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VÉRA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


Renglón 131

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TIJERA UMBILICAL (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR ONFALOTOMO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	TIJERA UMBILICAL (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) TIJERA ABDOMINAL UTILIZADA PARA CORTAR CORDÓN UMBILICAL LONGITUD DE 105 MM. MATERIAL ACERO INOXIDABLE CERTIFICACION NORMA ISO 13485:2016 GARANTIA 24 MESES	4



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 132

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: 537.702.5050	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SET	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50512 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA DE HEMOSTASIA. PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER- OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	PINZA DE HEMOSTASIA. PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER- OCHSNER CURVA CON DIENTES LONGITUD DE 200 A 205 MM ACERO INOXIDABLE GARANTIA 24 MESES	4



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 133

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: AMNIOTOMO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR. AMNIOTOMO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	AMNIOTOMO BEACHMAN 26 CM DE LONGITUD MATERIAL ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE Y FACIL DE LIMPIAR CERTIFICACION NORMA ISO 13485:2016 GARANTIA 24 MESES	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Rango 1x 134

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50613 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTETOSCOPIO (INSTRUMENTAL DE LABORATORIO)

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR ESTETOSCOPIO BIAURICULAR

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	ESTETOSCOPIO CON CAMPANA AMPLIFICA LOS RUIDOS CORPORALES PARA LOGRAR SU MEJOR PERCEPCIÓN CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE MONTAJE BINAURAL CONSTRUIDO EN TUBO DE SONIDO CENTRALIZADO OLIVAS SOLIDAS Y SUAVES CERTIFICACION ISO 13485:2016 GARANTIA 24 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


Beng 135

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 537.702.6090	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN. PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, LISA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.

PINZA DE ANILLOS (FOERSTER) CURVA / SEMARR

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER RECTA ESTRIADA LONGITUD DE 240 A 250 MM. ACERO INOXIDABLE GARANTÍA DE 24 MESES.	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 136

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 537.462.0010	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: HISTERÓMETRO. HISTERÓMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACIÓN EN CMS., LONGITUD DE 320 A 330

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	HISTERÓMETRO HISTERÓMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACIÓN EN CMS., LONGITUD DE 320 A 330 ACERO INOXIDABLE GARANTÍA DE 24 MESES.	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA Renglón 137

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 537.703.2841	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA DE DISECCIÓN. PINZA JOHNSON, QUIJADAS DE ANILLOS, 22 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD 19.7 CM.
PINZA DE ANILLOS PARA MODULO VSB

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	<p>PINZA DE DISECCIÓN. PINZA JOHNSON, QUIJADAS DE ANILLOS, 22 mm DE DIÁMETRO, LONGITUD 19.7 cm</p> <p>FABRICADO EN ACERO INOXIDABLES GRADO 1.4041 (420 S37)</p> <p>CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO</p> <p>TORNILLO DE ENSAMBLE OCULTO EN EL CUERPO DE LAS PINZAS.</p> <p>SE SOLICITA MUESTRA PARA VALIDACIÓN DEL INSUMO POR EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

REnglón 138

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 537.702.0952	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN. PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN. PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM. ACERO INOXIDABLE GARANTÍA DE 24 MESES.	1



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 139

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TIJERA EPISIOTOMIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) TIJERA MAYO CURVA LONGITUD DE 140 A 145 MM. DE ACERO INOXIDABLE

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR TIJERA DE EPISIOTOMÍA BRAUN 22 CM

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	TIJERA EPISIOTOMIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) TIJERA BRAUN STADLER LONGITUD DE 140 A 145 MM ACERO INOXIDABLE GARANTIA 24 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**


FICHA TÉCNICA

REnglón 140

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CHAROLA INSTRUMENTAL CIRUGIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)
CHAROLA CON TAPA PARA SOLUCIONES./ MÓDULO DE RIESGO REPRODUCTIVO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	CHAROLA CON TAPA PARA SOLUCIONES TAMAÑO GRANDE ACERO INOXIDABLE GARANTÍA DE 24 MESES.	1



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


Renglón 141

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 60	MODELO:
CLAVE S.S.: 537.375.0321	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESPEJO VAGINAL (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

ESPEJOS VAGINALES / MÓDULO DE RIESGO REPRODUCTIVO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	ESPEJO VAGINAL (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) ACERO INOXIDABLE TAMAÑO MEDIANO GARANTÍA DE 24 MESES.	60



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


Renglon 142

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESFIGMOMANOMETRO (INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO)

EQUIPOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PARTO PARA SLPR ESFIGMOMANÓMETRO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
17	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE DE NYLON BASICO CAMARA DE AIRE DE PVC DE DOS TUBOS PERILLA DE PVC ESTANDAR VALVULA LIBERADORA DE AIRE GRANDE VALVULA DE ALIVIO DE LA PERILLA ESCALA DE 0 A 300 MM DE HG EN SEGMENTOS DE 10 EN 10 CON INTERFASES DIVIDAS EN 2 CERTIFICACION NORMA ISO 13485:2016 GARANTIA 24 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES <i>[Signature]</i>
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA <i>[Signature]</i>

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA


Renglón 143

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TIJERA IRIS (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

TIJERA DE IRIS PARA MODULO VSB

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	TIJERA IRIS PARA CIRUGÍA CON PUNTA LIGERAMENTE CURVADA LONGITUD DE 11,5 CM. ACERO INOXIDABLE GARANTÍA DE 24 MESES.	1



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA *REnglon 144*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: 513.254.0104	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CUBETAS. PARA ÓRGANOS DE AUTOPSIA. CON SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE Y CARRETILLAS DE HULE.
CAPACIDAD: 15.2 LITROS (4 GALONES).

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
19	CUBETA PARA ÓRGANOS DE AUTOPSIA. CON SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE Y CARRETILLAS DE HULE. CAPACIDAD: 15.2 LITROS CERTIFICACION NORMA ISO 13485:2016 GARANTIA 24 MESES	4



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES <i>Guadalupe Diaz</i>
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA <i>Salvador Beristain</i>

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO


**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

Beng 161 145

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.701.1203	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20	<p>PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL RECIPIENTE PORTA PINZA FABRICADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 22, ACABADO PULIDO. PINZA DE FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE CON ARANDELA DE HULE COLOR NEGRO. LONGITUD DE 240 A 260 MM. GARANTIA 24 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

Renglón 146

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 20	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ELECTRODO DE ASA 2 X 0.5 C. M. DESECHABLE PARA CUPER SURGICAL CAJA 5 PZAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
21	ELECTRODO DE ASA 2 X 0.5 C. M. DESECHABLE PARA CUPER SURGICAL CAJA 5 PIEZAS GARANTÍA DE 24 MESES DESPUES DE LA ENTREGA SE SOLICITA MUESTRA PREVIA PARA VALIDAR.	20

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglon 147

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 20	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ELECTRODO DE ESFERA DE 5 MM. CON TALLO DESECHABLE PARA CUPER SURGICAL. CAJA CON 5 PIEZAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
22	ELECTRODO DE ESFERA DE 5 MM. CON TALLO DESECHABLE PARA CUPER SURGICAL. CAJA CON 5 PIEZAS GARANTÍA DE 24 MESES DESPUES DE LA ENTREGA SE SOLICITA MUESTRA PREVIA PARA VALIDAR.	20



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

Renglón 148

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BAUMANOMETRO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

BAUMANÓMETRO PARLANTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL QUE ASISTEN A UNIDADES DE SALUD QUE ATIENDEN CON MECANISMOS INCLUYENTES.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
23	<ul style="list-style-type: none"> - BAUMANÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO PARA BRAZO CON MEMORIA., - INDICADOR DE BATERÍA BAJA., - INDICADOR POR VOZ DE LOS VALORES DE PRESIÓN ARTERIAL, - INDICACIÓN EN LA PANTALLA DE UNA MALA LECTURA DEBIDO A MOVIMIENTO DEL PACIENTE, - DIMENSIONES: 105 X 120 X 55 MM, - PESO: 310 GRAMOS SIN BATERÍAS, - LÍMITE DE MEDICIÓN DE SPO2: 40 A 260 MM/HG, - LÍMITE DE MEDICIÓN DE FR: 40 A 160 LATIDOS/MINUTO, - EXACTITUD DE LA MEDICIÓN DE SPO2: ± 3MMHG, - EXACTITUD DE LA MEDICIÓN DE FR: ±5%DE LA LECTURA DE PULSO - INFLACIÓN: AUTOMÁTICA MEDIANTE LA BOMBA, - DEFLACIÓN RÁPIDA: VÁLVULA ELECTRÓNICA AUTOMÁTICA, - MEMORIA: 2 USUARIOS CON 90 CONJUNTOS DE MEMORIA CADA UNO, - CIRCUNFERENCIA DE BRAZO: DE 22-32 CM, - UTILIZA 4 BATERÍAS AA - CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA, - AJUSTE DE VOLUMEN Y CONFIGURACIÓN DE IDIOMA - INCLUYE: UNIDAD PRINCIPAL, BRAZALETE, CUATRO BATERÍAS AA, MANUAL DE INSTRUCCIONES, GARANTÍA DE 12 MESES 	1

ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA - DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EXA/AMR



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 149

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 16	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

JUEGOS DE PINZAS DE LI PARA VASECTOMÍA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
24	<p>PINZA DEL DR. LI (CORTANTE, DISECCIÓN, CLAVE: 537.704.1222) PUNTA AGUDA CORTANTE, CURVA CON EXTREMOS AGUDOS, LARGO 13 CM, CIERRE HERMÉTICO CON ESTRIADO DE 3 ESCALONES HEMBRA Y MACHO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLES GRADO 1.4041 (420 S37), CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, TORNILLO DE ENSAMBLE OCULTO EN EL CUERPO DE LAS PINZAS.</p> <p>PINZA DEL DR. LI (ANILLO, CLAVE: 537.704.1214)</p> <p>PINZA DE ARO AGUDO, 1X1 CURVO. DIÁMETRO INTERIOR DE 3.0 MM. DE LARGO 14.0 CM, CON CIERRE HERMÉTICO CON ESTRIADO DE 3 ESCALONES HEMBRA Y MACHO.</p> <p>FABRICADO EN ACERO INOXIDABLES GRADO 1.4041 (420 S37), CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, TORNILLO DE ENSAMBLE OCULTO EN EL CUERPO DE LAS PINZAS.</p> <p>SE SOLICITA MUESTRA PARA VALIDACIÓN DEL INSUMO POR EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.</p> <p>CUMPLIR CON LA NORMA ISO 13485</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	16

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 150

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.562.0707	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50612 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LAMPARA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)

MOBILIARIO GENERAL PARA SLPR. LÁMPARAS CON REGULADOR DE INTENSIDAD

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
25	<p>LAMPARA EMERGENCIA QUIROFANO</p> <p>CABEZA CON LEDS DE 45 CM DE DIAMETRO</p> <p>CON BRAZO ARTICULADO DE 4.5 M DE LONGITUD</p> <p>FUENTE DE LUZ LED</p> <p>PRODUCE LUZ BLANCA BRILLANTE PARA UNA VISIBILIDAD CLARA Y PRECISA</p> <p>LED DE 50,000 HORAS</p> <p>SALIDA NOMINAL DE 75,000 LUX</p> <p>TEMPERATURA DE COLOR KELVIN DE 4300°</p> <p>INTERRUPTOR DE ENERGÍA.</p> <p>CONSUMO DE ENERGIA 27 V</p> <p>VOLTAJE DE ENTRADA 100-240 VCA 50/60 Hz</p> <p>CERTIFICACION NORMA ISO 13485:2016</p> <p>GARANTIA 24 MESES</p> 	4

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

REGLÓN 15)

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 56501	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CONMUTADOR MANUAL (DIADEMA) (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CONMUTADOR MANUAL (DIADEMA) DIADEMA MICROFONO USB TIPO DE DISPOSITIVO: ESTÉREO DISEÑO DE DIADEMA: SUJECCIÓN SOBRE LA CABEZA Y SOBRE LA OREJA TIPO DE CONEXIÓN : USB PROTOCOLO USB: USB 2.0 RESPUESTA DE FRECUENCIA: 20 HZ A 20 KHZ DIADEMA AJUSTABLE: SÍ CONTROLES DE AUDIO INTEGRADOS EN CABLE: NO CONTROLES DE AUDIO EN AURICULARES: NO LONGITUD DEL CABLE: 1,8 METROS SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES:WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8,WINDOWS 10, MAC OS ESPECIFICACIONES DE MICRÓFONO: TIPO DE MICRÓFONO: VARILLA GIRATORIA SUPRESIÓN DE RUIDO: SÍ RESPUESTA DE FRECUENCIA: 100 HZ A 6,5 KHZ AURICULARES/CASCO TELEFÓNICO: 200 MM X 65 MM X 185 MM 120 G GARANTÍA DE 24 MESES	2



ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 152

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 56902	MARCA:	
CANTIDAD: 1	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: FOTÓMETRO (INSTRUMENTO CIENTÍFICO) FOTÓMETRO. CAPAZ DE MEDIR ILUMINANCIA EN LUX Y LUMINANCIA EN CD/M ² , INTERVALO DE MEDIDA CD/M ² : 0.1 CD/M ² - 1999990 CD/M ² Y 0.01 LUX - 199990 LUX. DE ACUERDO AL OFICIO ENVIADO POR LA DCM)		
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>FOTÓMETRO</p> <p>EL FOTÓMETRO O LUXÓMETRO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS A CONTINUACIÓN:</p> <p>CAPAZ DE MEDIR ILUMINANCIA EN LUX Y LUMINANCIA EN CD/M², FOTODIODO DE SILICIO CON CORRECCIÓN DE COLOR.</p> <p>INTERVALO DE MEDIDA: 0.1 CD/M² - 1999990 CD/M² Y 0.01 LUX - 199990 LUX, EXACTITUD DENTRO DEL 3%.</p> <p>TAZA DE MEDICIÓN: 2 MEDICIONES/S.</p> <p>EL FOTÓMETRO DEBERÁ SER ENTREGADO CON CONSTANCIA O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL INSTRUMENTO O POR UN LABORATORIO METROLÓGICO ACREDITADO PARA TAL FIN.</p> <p>EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESTAR APOYO TÉCNICO Y DE SERVICIO PARA ASESORÍA O POR FALLA O DEFECTO DE LOS INSTRUMENTOS.</p> <p>CONDICIONES DE ENTREGA</p> <p>CADA EQUIPO E INSTRUMENTO DEBERÁ SER ENTREGADO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:</p> <p>OGUÍA RÁPIDA DE USO.</p> <p>OMANUAL DE USUARIO E INSTRUCTIVO, EN IDIOMA ESPAÑOL.</p> <p>OPÓLIZA DE GARANTÍA (FIRMANDO CARTA DE CONFORMIDAD), VÁLIDA CON PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES O REPRESENTANTES DE LOS MISMOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA.</p> <p>EL FOTÓMETRO DEBERÁ SER ENTREGADO CON CONSTANCIAS O CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN O CONFORMIDAD, EMITIDOS POR EL FABRICANTE O POR UN LABORATORIO METROLÓGICO ACREDITADO PARA TAL FIN.</p> <p>EN CADA LUGAR DE ENTREGA, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LO SIGUIENTE: OREMISIÓN DE LOS BIENES QUE ENTREGUE, EN LA QUE DEBERÁ INCLUIR:</p>	1



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

REnglón 152

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 56902	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FOTÓMETRO (INSTRUMENTO CIENTÍFICO)

FOTÓMETRO. CAPAZ DE MEDIR ILUMINANCIA EN LUX Y LUMINANCIA EN CD/M², INTERVALO DE MEDIDA CD/M²: 0.1 CD/M² - 1999990 CD/M² Y 0.01 LUX - 199990 LUX. DE ACUERDO AL OFICIO ENVIADO POR LA DCM)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>*FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.</p> <p>*DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL BIEN.</p> <p>*DOMICILIO DEL LUGAR EN EL QUE SE ENTREGA.</p> <p>*ESPACIO PARA SELLO DEL ALMACÉN ESTATAL.</p> <p>*ESPACIO PARA NOMBRE Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL RESPONSABLE DEL ALMACÉN ESTATAL.</p> <p>*ESPACIO PARA NOMBRE Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA DE CÁNCER DE LA MUJER</p> <p>LOS RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DEL INSUMO VERIFICARÁN QUE LAS CANTIDADES CORRESPONDAN A LO SEÑALADO, Y QUE EL INSUMO (BIEN DE CONSUMO) CUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS, DE NO CUMPLIR ESTE NO SERÁ RECIBIDO.</p> <p>SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO</p> <p>EL PROVEEDOR SE OBLIGA A PROPORCIONAR UN NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO PARA SOLICITUD DE APOYO TÉCNICO, ASESORÍA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODOS LOS INSTRUMENTOS CONSIDERADOS EN ESTE DOCUMENTO.</p> <p>EL PROVEEDOR, SE COMPROMETERÁ A DAR ATENCIÓN INMEDIATA CUANDO SE LE REQUIERA POR ALGÚN MAL FUNCIONAMIENTO, DEFECTO O VICIOS OCULTOS DEL FOTÓMETRO, APlicar LA PÓLIZA DE GARANTÍA Y SE CANJEARÁ, EN CASO DE SER NECESARIO, SIN COSTO ALGUNO TODO EL FOTÓMETRO, EL CUAL DEBERÁ REPONERSE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA A LOS CUARENTA DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN.</p>	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 152

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 56902	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50616 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FOTÓMETRO (INSTRUMENTO CIENTÍFICO)

FOTÓMETRO. CAPAZ DE MEDIR ILUMINANCIA EN LUX Y LUMINANCIA EN CD/M², INTERVALO DE MEDIDA CD/M²: 0.1 CD/M² - 1999990 CD/M² Y 0.01 LUX - 199990 LUX. DE ACUERDO AL OFICIO ENVIADO POR LA DCM)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>PÓLIZA DE GARANTÍA (FIRMANDO CARTA DE CONFORMIDAD), VÁLIDA CON PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES O REPRESENTANTES DE LOS MISMOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA.</p> <p>LA GARANTÍA DEBERÁ SER DE 24 MESES.</p> 	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

JKRM/GDCF



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Bengalon 153

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 59101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TODO TIPO DE SOFTWARE (PAQUETERIA) (SUMINISTROS INFORMATICOS)
SOFTWARE ANTIVIRUS PARA EL USO DEL EQUIPO DE COMPUTO, EN EL MÓDULO DE TELE MEDICINA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>TODO TIPO DE SOWFTWARE (PAQUETERÍA) (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)</p> <p>DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SOWFTWARE ANTIVIRUS PARA EL USO DEL EQUIPO DE COMPUTO, EN EL MÓDULO DE TELE MEDICINA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR</p> <p>GRAN CAPACIDAD DE DETECCIÓN Y DE REACCIÓN ANTE UN NUEVO VIRUS.</p> <p>~ACTUALIZACIÓN SISTEMÁTICA.</p> <p>~DETECCIÓN MÍNIMA DE FALSOS POSITIVOS O FALSOS VIRUS.</p> <p>~RESPETO POR EL RENDIMIENTO O DESEMPEÑO NORMAL DE LOS EQUIPOS.</p> <p>~INTEGRACIÓN PERFECTA CON EL PROGRAMA DE CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>~ALERTA SOBRE UNA POSIBLE INFECCIÓN POR LAS DISTINTAS VÍAS DE ENTRADA (INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO, RED O DISCOS FLEXIBLES).</p> <p>~GRAN CAPACIDAD DE DESINFECCIÓN.</p> <p>~PRESENCIA DE DISTINTOS MÉTODOS DE DETECCIÓN Y ANÁLISIS.</p> <p>~CHEQUEO DEL ARRANQUE Y POSIBLES CAMBIOS EN EL REGISTRO DE LAS APLICACIONES.</p> <p>~CREACIÓN DE DISCOS DE EMERGENCIA O DE RESCATE.</p> <p>~DISPOSICIÓN DE UN EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO CAPAZ DE RESPONDER EN UN TIEMPO MÍNIMO (EJEMPLO 48 HORAS) PARA ORIENTAR AL USUARIO EN CASO DE INFECCIÓN.</p> <p>GARANTÍA 12 MESES</p>	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSY RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR BERISTAIN HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).	