

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 14	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BAUMANOMETROS MANUALES

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>MANÓMETRO EN ESMALTE NEGRO 300MMHG</p> <ul style="list-style-type: none"> * BRAZAL DE NYLON CON SISTEMA DE MARCADO GUÍA DE TALLAS * CÁMARA DE DOS VÍAS DE SILICÓN * PERILLA DE SILICÓN CON VÁLVULA DE PURGA EN LATÓN CROMADO * VÁLVULA DE SEGURIDAD, CUENTA CON BOMBILLA ADFLOW™ CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDE FUGAS DE AIRE * ESTUCHE DE CUERO CON CIERRE GRANDE, FÁCIL DE LEER, CARATULA DE 5.00 CM, LA CARATURLA CON FONDO BLANCO Y SUS NUMERO NEGROS HACEN QUE LA VISIBILIDAD SEA INMEJORABLE. EL MOVIMIENTO DE MEDICIÓN CON INTEVALOS DE 20MMHG Y RANGO DE 20 A 300MMHG RESISTE EL USO MÁS PESADO. * CUMPLE LAS NORMAS ANSI / AAMI / ISO 81060-1 * ARMADO, INSPECCIONADOS Y EMPACADOS EN LOS EE.UU. A PARTIR DE COMPONENTES EXTRANJEROS. GARANTIA 24 MESES, NORMA ISO 9001-2000 , NORMA ISO 13485-2003, REQUIERE REGISTRO SANITARIO <div align="center">  </div>	14


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	<i>[Signature]</i>
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	<i>[Signature]</i>

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 80	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20807 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CONGELADORA HORIZONTAL DE 15 PIES

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>CONGELADOR HORIZONTAL DE 15 PIES UNA SOLA PUERTA LISA, SOLIDA Y TIPO COFRE. PUERTA CON EMPAGUE MAGNÉTICO Y SELLADO HERMÉTICO. PUERTA CON AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA EN SITIO DE 45 MM DE ESPESOR, CON DENSIDAD DE 38 A 40 KG/M3 PUERTA CON CERRADURA Y LLAVE EXTERNA EVITANDO EL CONTACTO CON LA PARTE INTERNA SIN PARTES FILOSAS O REBABAS. GABINETE CON AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA EN SITIO 45 MM DE ESPESOR, CON DENSIDAD DE 38 A 40 KG/M3 GABINETE CON PANELES INTERNOS LISOS ESQUINAS REDONDAS QUE PERMITEN UNA MEJOR LIMPIEZA EN EL EQUIPO. RANGO DE TEMPERATURA INTERNA DE -15°C A -30°C ÁUN EN AMBIENTES DE 42°C. TERMOSTATO ELECTROMECAÁNICO QUE PERMITE REGULAR LA TEMPERATURA DEL EQUIPO. CON 4 RUEDAS CON FRENOS QUE PERMITEN MOVER FÁCILMENTE EL EQUIPO. COLOR BLANCO. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BASADO EN PAREDES ACTIVAS BRINDANDO UNA TEMPERATURA UNIFORME Y MÁXIMA EFICIENCIA EN CONSUMO ENÉRGETICO. TAPON DE DRENAJE PARA DESCONGELACIÓN COMPRESOR Y CONDENSADOR SELLADOS HERMETICAMENTE, SILENCIOSOS Y DE BAJO MANTENIMIENTO. VOLTAJE: 115 V, 60HZ. DEBERÁ CONTAR CON UNA CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE REMOVIBLE GARANTIA DE 24 MESES DEBERÁ ENTREGARSE CON EL MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL SE REQUIERE MUESTRA DEL EQUIPO SE REQUIERE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA NORMA ISO 9001-2015</p> 	80

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUNOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 11	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20807 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: DATA LOGGER DE TEMPERATURA PARA MEDIOS DE TRANSPORTE TIPO USB

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>DATA LOGGER DE TEMPERATURA PARA MEDIOS DE TRANSPORTE TIPO USB CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 40000 LECTURAS CON RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DE -55°C A +70°C SENSOR TIPO NTC INTEGRADO TIEMPO DE USO ILIMITADO MEDIANTE PILA REEMPLAZABLE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -35°C A +70°C RANGO DE MEDICIÓN DE -35°C A +70°C EXACTITUD DE ±0.5 °C (-35°C A +70°C) RESOLUCIÓN DE 0.1°C IDENTIFICACIÓN DE ALARMAS MEDIANTE LED Y PANTALLA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) NORMA ISO 12830:2019 ISO 9001:2008 GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	11

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.848.0013	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21207 21501/FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO A TRAVÉS DE EMISIONES OTOACÚSTICAS Y POTENCIALES AUDITIVOS AUTOMATIZADOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>EQUIPO QUE SIRVE PARA REALIZAR PRUEBAS OBJETIVAS DE TAMIZ AUDITIVO A RECIÉN NACIDOS, NIÑOS Y ADULTOS.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>EQUIPO AUTOMÁTICO, PORTÁTIL DE MANO PARA REALIZAR PRUEBAS AUDITIVAS EN AMBOS OÍDOS.</p> <p>PESO NO MAYOR DE 600 GRAMOS.</p> <p>CON PROCESO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE FORMA AUTOMÁTICA.</p> <p>DESPLIEGUE DE RESULTADOS EN PANTALLA LCD.</p> <p>BOTONES O TECLAS PARA MANEJO DEL EQUIPO.</p> <p>CON CAPACIDAD DE REALIZAR PRUEBAS POR MEDIO DE: ABR O PEA A</p> <p>(POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS AUTOMATIZADOS) Y DPOAE O EOAPD (EMISIONES OTOACÚSTICAS POR PRODUCTOS DE DISTORSIÓN) Y OTEOAE O EOAT (EMISIONES OTOACÚSTICAS POR TRANSITORIOS).</p> <p>RESULTADOS AUTOMÁTICOS SIN NECESIDAD DE INTERPRETACIÓN. PASS (APTO), REFER (NO APTO).</p> <p>AMPLITUD MÁXIMA DEL ESTÍMULO PARA: EMISIONES OTOACÚSTICAS POR TRANSITORIOS 84 DB SPL.</p> <p>EMISIONES OTOACÚSTICAS POR PRODUCTOS DE DISTORSIÓN 70 DB SPL.</p> <p>ABR O PEA A DE 35 A 45 DB NHL, COMO MÍNIMO EN PASOS DE 5 DB NHL.</p> <p>RANGO MÍNIMO DE FRECUENCIAS DE PRUEBA O ANCHO DE BANDA: PARA EMISIONES OTOACÚSTICAS POR TRANSITORIOS DE 0.7 KHZ. A 4 KHZ. Y PARA EMISIONES OTOACÚSTICAS POR PRODUCTOS DE DISTORSIÓN 2 KHZ. A 4 KHZ. ABR O PEA A DE 100 HZ A 3000 HZ.</p> <p>QUE PERMITA ELEGIR LA PRUEBA A REALIZAR: EMISIONES OTOACÚSTICAS Y/O POTENCIALES EVOCADOS.</p> <p>CON TASA DE ESTIMULACIÓN PARA POTENCIALES EVOCADOS POR CLICKS ENTRE 30 Y 60 POR SEGUNDO.</p> <p>MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE LA IMPEDANCIA.</p> <p>CRITERIO DE PASE AUTOMATIZADO.</p> <p>CAPACIDAD DE ALMACENAR 50 PRUEBAS COMO MÍNIMO EN MEMORIA INTERNA DE</p>	5

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.848.0013	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21207 21501/FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO A TRAVÉS DE EMISIONES OTOACÚSTICAS Y POTENCIALES AUDITIVOS AUTOMATIZADOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>LA UNIDAD. DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL. INTERFASE PARA DESCARGAR DATOS A COMPUTADORA Y/O IMPRESORA. SOFTWARE DE BASE DE DATOS PARA MANEJO EN EQUIPO DE CÓMPUTO. ALARMAS O AVISOS VISIBLES DE AMBIENTE RUIDOSO, ALTA IMPEDANCIA, MALA COLOCACIÓN Y BATERÍA BAJA. QUE FUNCIONE CON BATERÍAS RECARGABLES. QUE INCLUYA CARGADOR Y PILAS ACORDE AL MODELO DEL EQUIPO. QUE INCLUYA CABLE DE SONDA PARA PRUEBAS DE AL MENOS 1 METRO DE LONGITUD. QUE INCLUYA MALETÍN DE TRANSPORTE EN MATERIAL DURABLE, SONDA Y REPUESTO DE PUNTA DE SONDA. QUE INCLUYA CABLE O CABLES PORTA ELECTRODOS PARA PRUEBAS DE POTENCIALES EVOCADOS. QUE INCLUYA HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA O DISPOSITIVO PARA LIMPIEZA DE LA SONDA, IMPRESORA TÉRMICA. PC O LAPTOP CON REGULADOR DE VOLTAJE PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN. QUE INCLUYA ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA TÉRMICA, QUE INCLUYA OLIVAS ENDIFERENTES TAMAÑOS, ELECTRODOS DESECHABLES, BATERÍAS RECARGABLES, GEL LIMPIADOR. CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V +/- 10%, 60HZ. GARANTÍA DE 24 MESES CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA. ENTREGAR MUESTRA PARA VALIDACIÓN CAPACITACIÓN EN USO DEL EQUIPO QUE CUMPLA LA NORMA ISO 13485:2016</p>	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.848.0013	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21207 21501/FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO A TRAVÉS DE EMISIONES OTOACÚSTICAS Y POTENCIALES AUDITIVOS AUTOMATIZADOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.385.1080	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	<p>DIMENSIONES EQUIPO: ANCHO: 30 CM. ALTURA: 30 CM. LARGO: 51.8 CM. DIMENSIONES CÁMARA: ANCHO: 54 CM. ALTURA: 29 CM. LARGO: 33 CM. DIMENSIONES CHAROLAS: CHAROLA (3): 30X14 CM ELÉCTRICO: ALIMENTACIÓN: 120V~ / 60HZ. POTENCIA: 800 W. FUSIBLE: 0.5A AMERICANO. PROGRAMA DE TIEMPO: RANGO DE 10-99 MINUTOS. PROGRAMA DE TEMPERATURA: RANGO DE 100º-180º C. CUERPO DEL EQUIPO PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA PARA DAR UN ACABADO DURADERO Y DE CALIDAD AUTO-SELLADO CON SELLO DE SILICÓN GRADO HIGIÉNICO. PANTALLA LCD BRINDA MAYOR CONTROL PARA MONITOREAR EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN. CON MEMORIA DE PROGRAMA EN LA QUE SE PUEDE ALMACENAR LOS DATOS DE TEMPERATURA Y TIEMPO QUE UTILICE CON MAYOR FRECUENCIA SE OBSERVA EL TIEMPO Y LA TEMPERATURA DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CÁMARA INTERNA HECHA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 30 FORCEPS GARANTÍA DE 24 MESES. REQUIERE CERTIFICADO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EMITIDO POR LA COFEPRIS.</p>	5



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.385.1080	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO</p> 	

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 26	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.375.0126	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21229 21107 21103 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p>CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE OLIVAS LAVABLES FABRICADAS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO LONGITUD DE 50 CM O MÁS CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO. SISTEMA DE ROTACIÓN PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA PEQUEÑA CON DIÁMETRO DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM.</p> <p>CÁPSULA GRANDE CON DIÁMETRO DENTRO DEL RANGO DE 4 A 4.5 CM. NORMAS ISO 13485. DE ACUERDO A MODELO ANEXO .</p> <p>24 MESES DE GARANTÍA.</p> 	26

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 15	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: GLUCÓMETRO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	<p>MEDICIÓN RÁPIDA EN 5 SEGUNDOS.</p> <p>-PANTALLA LCD.</p> <p>-NO REQUIERE CALIBRACIÓN.</p> <p>-APAGADO AUTOMÁTICO A LOS 2 MINUTOS.</p> <p>-BATERÍA DE LITIO DE 3 VOLTS.</p> <p>-LIGERO.</p> <p>-DISEÑO ERGONÓMICO.</p> <p>-PUEDE ALMACENAR 500 MEMORIAS.</p> <p>INCLUYE:</p> <p>*GLUCÓMETRO (MEDIDOR DE GLUCOSA) CON PILA.</p> <p>*10 TIRAS REACTIVAS.</p> <p>*10 LANCETAS.</p> <p>*DISPOSITIVO DE PUNCIÓN</p> <p>(CARGA CON UNA SOLA MANO, TECNOLOGÍA PROBADA MENOS DOLOROSA)</p> <p>*ESTUCHE.</p> <p>*GUÍA RÁPIDA DE INSTRUCCIONES.</p> <p>GLUCÓMETRO NUEVO C/TIRAS Y LANCETAS</p> <p>SONIDO DE ALERTA: SÍ (ACTIVADO POR AJUSTE DE FÁBRICA)</p> <p>VIDA DE LA PILA: APROXIMADAMENTE 2,000 MEDICIONES, PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL USO</p> <p>APAGADO AUTOMÁTICO: DESPUÉS DE DOS MINUTOS DE NO UTILIZARLO CON O SIN TIRA REACTIVA</p> <p>Y 5 SEGUNDOS DESPUÉS DE RETIRAR LA TIRA REACTIVA UNA VEZ REALIZADA LA PRUEBA</p> <p>GARANTIA 24 MESES</p> <p>NORMA ISO 9001-2000</p> <p>ISO 13485-2003</p>	15



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 15	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: GLUCÓMETRO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	REQUIERE REGISTRO SANITARIO 	


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: INFANTOMETRO CON MESA FIJA PARA BÀSCULA

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	<p>MESA PEDIATRICA CON TALLIMETRO, INFANTOMETRO DOS CAJONES Y MESA DE APOYO MEDIDAS: LARGO : 100 cms (+ 30 cms MESA APOYO) ANCHO : 53 cms ALTURA : 85 cms</p> <p>PORTABÀSCULA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO COLOR NEGRO.</p> <p>CUBIERTA ACOJINADA CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 17KG/M3 DE DENSIDAD Y 2CM DE ESPESOR, ACABADO EN VINILO TIPO PIEL COLOR NEGRO.</p> <p>INCLUYE COLCHONCITO INFANTIL TALLIMETRO DE ALUMINIOGRABADO Y FIJO EN PARED DE MESA. GARANTIA DE 24 MESES NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÀNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21229 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JERINGA DE CALIBRACIÓN PARA ESPIROMETRO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	<p>JERINGA DE CALIBRACIÓN PARA ESPIROMETRO TAMAÑO: 3 LITROS, CILINDRO DE ALUMINIO COMPATIBLE CON ESPIRÓMETRO MODELO EASY ONE. GARANTÍA DE 24 MESES. NORMAS ISO 13485.</p> <div align="center">  </div>	3


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	<i>Patricia Muñoz Flores</i>
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	<i>Guadalupe Díaz del Castillo Flores</i>

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 16	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21501 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MALETIN PARA PARTERAS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	<p>MALETIN PARA PARTERA TRADICIONAL MALETIN DE VINIL, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEABLE Y LAVABLE. COMPLETAMENTE ACOLCHADO, PERMITE PRESERVAR DE MEJOR MANERA EL CONTENIDO. EQUIPADO DE 9 BOLSILLOS EN LA PARTE CENTRAL, 2 BOLSILLOS LATERALES, UN BOLSILLO FRONTAL Y UNO ATRAS CON CIERRE VELCRO. ACABADO CON CERMALLERAS Y BANDOLERA. DIMENSIONES INTERIORES: 34CM X 17CM X 30CM (LARGO, ANCHO Y ALTO). DIMENSIONES EXTERIORES: 42 X 20 X 32CM. COLOR NEGRO. SERIGRAFIADO A COLORES CON 1 LOGO DE "SECRETARIA DE SALUD Y SESVER" LADO IZQUIERDO Y ROTULADO "PARTERA TRADICIONAL" LADO DERECHO EN COLOR BLANCO.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>QUE INCLUYA: 1 ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL CLAVE: 531.116.0369 DESCRIPCIÓN GENERAL: EQUIPO PARA MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL. LA CABEZA DEL MEDIDOR PRECISA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN PUEDE MANTENER UN REINICIO PRECISO. LA PERA DE INFLADO OPERADA MANUALMENTE SIGNIFICA QUE NO NECESITA PREOCUPARSE POR CONTROLAR LA CANTIDAD DE PRESIÓN DE AIRE QUE ENTRA EN EL BRAZALETE. VIENE CON BOLSA DE ALMACENAMIENTO, FÁCIL DE LLEVAR. CARATULA CON ESCALA GRADUADA BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS PERILLA DE DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO GARANTÍA: 24 MESES QUE CUMPLA LA ISO 13485:2016</p> <div style="text-align: right;">  </div>	16

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 16	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21501 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MALETIN PARA PARTERAS


REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE CLAVE: 531.375.0126 CARACTERÍSTICAS: DOBLE CAMPANA, ESPECIAL PARA NIÑOS Y ADULTOS AJUSTE PERFECTO A SUS OÍDOS CAMPANA CUBIERTA EXCELENTE ACÚSTICA GRAN RENDIMIENTO Y VERSATILIDAD MODELO MODERNO Y LIGERO INCLUYE OLIVAS OLIVAS BLANDAS INCLUYE DIAFRAGMA DE REFACCIÓN DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO OLIVAS LAVABLES TUBO FLEXIBLE CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA MEMBRANA PARA CAPSULA CON ANILLO DE SUJECCIÓN GARANTÍA: 24 MESES QUE CUMPLA CON LA ISO 13485:2016</p> 	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 16	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21501 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MALETIN PARA PARTERAS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 ESTETOSCOPIO DE PINARD CLAVE: 531.375.0159 ESPECIFICACIONES: TAMAÑO: 14 CM MATERIAL: ALUMINIO DESCRIPCIÓN GENERAL LA FORMA DE LA CAMPANA OFRECE UNA ACÚSTICA ESPECIALMENTE BUENA. PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, EL INSTRUMENTO DEBE ESTAR COLOCADO SOBRE EL HOMBRO FETAL Y EL ÚTERO, DE ESTA MANERA PAREDES ABDOMINALES, ESTETOSCOPIO Y OREJA FORMAN UN TODO CONTINUO. GARANTÍA: 24 MESES QUE CUMPLA CON LA ISO 13485:2016</p> 	
	<p>1 PINZAS DE ROCHESTER CURVAS DE 18 CM CLAVE: 535.701.1542 CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE PINZA PARA VENAS O MUSCULO. PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES LONGITUD DE 180 A 185 MM GARANTÍA: 24 MESES QUE CUMPLA CON LA ISO 13485:2016</p> 	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 16	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21501 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MALETIN PARA PARTERAS



REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 TIJERA PARA CORTE DE CORDON UMBILICAL:ONFALOTOMO SIN CLAVE CARACTERISTICAS: TIJERA UMBILICAL ONFALÓTOMO DE 11 CM. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. GARANTÍA: 24 MESES QUE CUMPLA CON LA ISO 13485:2016.</p> 	
	<p>GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL BLANCO TAMAÑO MEDIANO CLAVE: 060.456.0391 1 CAJA CON 100 PIEZAS TALLA MEDIANA LIGERAMENTE LUBRICADO GARANTÍA: 24 MESES</p> 	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 16	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21501 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MALETIN PARA PARTERAS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>CINTA PARA LIGAR CORDON UMBILICAL CLAVE: 060.203.0165 CARACTERISTICAS: 1 CAJA CON 100 PIEZAS ESTERIL, LONGITUD 41CM Y 4MM DE ANCHO GARANTÍA: 24 MESES</p> 	
	<p>1 CHAROLA DE PLASTICA TIPO BUDINERA CON TAPA CHICA SIN CLAVE MEDIDAS: 22 X 8 ALTURA 6CM. GARANTÍA: 24 MESES</p> 	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA


CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 16	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21501 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MALETIN PARA PARTERAS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 SOLUCION ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO DE 500 ML CLAVE: 060.066.1177 CARACTERISTICAS: SOLUCIÓN ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO DE 500 ML SOLUCIÓN GERMICIDA CONCENTRADA QUE CONTIENE EN SU FORMULA UN ANTIOXIDANTE QUE PROTEGE EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE LA CORROSIÓN. DESINFECTANTE Y GERMICIDA QUE ACTÚA SOBRE UNA GRAN VARIEDAD DE BACTERIAS GRAM-POSITIVAS PATÓGENAS. NO ATACA HULE, ACERO, PELTRE NI PLÁSTICO, NO PRODUCE OXIDACIÓN NI COSTRAS Y NO CONTIENE MERCURIO, FORMOL NI FENOLES. ES ESTABLE ANTES Y DESPUÉS DE PREPARARSE LA SOLUCIÓN.. CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE BENZALCONIO A 1% Y NITRITO DE SODIO 5 G. GARANTÍA: 24 MESES</p> 	
	<p>GASA QUIRURGICA ESTÉRIL CLAVE: 060.436.0701 GASA ABSORBENTE ESTÉRIL 10X10CM PRESENTACIÓN EN CAJA CON 100 GASAS. ESTERILIZADAS. DESECHABLE MEDIDAS 10 X 10 CM. GASA SECA CORTADA, DE ALGODÓN, DE DOCE CAPAS, CON TEJIDO TIPO III PRIMER EMPAQUE CON 2 Y 5 PIEZAS 1 CAJA CON 100 PIEZAS GARANTÍA: 24 MESES</p> 	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA


CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 53101	MARCA:	
CANTIDAD: 16	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21501 / FASSA (RAMO 33)	
CANTIDAD OFERTADA:		
NOMBRE GENÉRICO: MALETIN PARA PARTERAS		
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>ALGODÓN PLISADO DE 200 GRAMOS CLAVE: 060.058.0153</p> <p>ALGODÓN ABSORBENTE FORMADO POR CAPAS CONTINUAS DE FILAMENTOS BLANCOS, FINOS Y SUAVES EN FORMA DE CAPAS UNIDIRECCIONALES. EL ALGODÓN EN LAMINAS DEBE ESTAR CONFORMADO DE MATERIAL DESCRUDADO Y BLANQUEADO</p> <p>Y TOTALMENTE LIBRE DE IMPUREZAS.</p> <p>100% ALGODÓN.</p> <p>NO ESTÉRIL.</p> <p>1 PAQUETE DE 200 GRAMOS</p> <p>GARANTÍA: 24 MESES</p> 	
	<p>JABONERA DE PLASTICO SIN CLAVE</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>1 JABONERA PLÁSTICA COLOR BLANCO/AZUL, IDEAL PARA ACOMPAÑAR AL RESTO DE TUS ARTÍCULOS, PARA MANTENER TU JABÓN EN PERFECTO ESTADO CON UN DESGASTE ADECUADO Y LEJOS DE LOS HONGOS O GÉRMENES DE LOS QUE PUEDE CONTAMINARSE.</p> <p>LAS MEDIDAS DEL EMPAQUE: ALTO 4 CM, ANCHO 11.5 CM Y FONDO 8 CM</p> <p>MATERIAL PLÁSTICO</p>  <p>GARANTÍA: 24 MESES</p>	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 16	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21501 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MALETIN PARA PARTERAS


REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 CEPILLO QUIRURGICO CLAVE: 060.189.0304 DESCRIPCIÓN: ANCHO 3.6CM, LARGO 11CM Y ALTURA 3.3CM (BASE Y CERDAS) PRODUCTO DE ALTA CALIDAD CEPILLO QUIRÚRGICO UTILIZADO PARA LAVADO DE MANOS Y UÑAS DE PERSONAL EN: HOSPITALES, CONSULTORIOS MÉDICOS, ENFERMERÍA COLOR BLANCO EL CEPILLO ES DE FIBRAS SUAVES DE ALTA CALIDAD QUE INCLUSO PERMITE LA LIMPIEZA DE LAS UÑAS EN NIÑOS. GARANTÍA: 24 MESES</p> 	
	<p>1 CINTA METRICA CLAVE: 537.774.0211 CINTA METRICA INSTRUMENTO DE MEDIDA QUE CONSISTE EN UNA CINTA FLEXIBLE GRADUADA Y SE PUEDE ENROLLAR, HACIENDO QUE EL TRANSPORTE SEA MÁS FÁCIL. TAMBIÉN SE PUEDE MEDIR LÍNEAS Y SUPERFICIES CURVAS. LAS CINTAS SE FABRICAN DE DIFERENTES MATERIALES Y DIF GARANTÍA: 24 MESES</p> 	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 16	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21501 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MALETIN PARA PARTERAS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 BASCULA ROMANA PARA PESAR BEBES SIN CLAVE DESCRIPCIÓN: BASCULA PARA BEBES CON PAÑAL SOPORTA HASTA 20 KG CLINICA NL EURO SCALE CAMILLA DE REVISIÓN EN PLÁSTICO REFORZADO DE 122 X 42 X 110 CM DIVISIÓN MÍNIMA 100 G EXTERIOR FABRICADO EN PLÁSTICO CON RESORTE INTERNO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA PARA MANTENER CONSTANTE EL CALIBRADO GANCHOS DE ACERO FABRICADO EN COLOR NEGRO Y GANCHOS DE ALAMBRE GALVANIZADO GARANTÍA: 24 MESES</p> 	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 16	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21501 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MALETIN PARA PARTERAS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>1 LAMPARA DE MANO SIN CLAVE MATERIAL: PLÁSTICO FUENTE DE ENERGÍA: CA COMPONENTES INCLUIDOS: LINTERNA LED NO NECESITA BATERIAS PESO : 200 GRAMOS LONGITUD: 15.98 CM ANCHO: 5.99 CM ALTURA: 5.88 CM COLOR INDISTINTO GARANTÍA: 24 MESES</p> 	

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21305 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	1 MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL 2 FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 18, RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO O ALQUIDALICA HORNEADA DIMENSIONES GENERALES: 3 ALTURA DE LA MESA INCLUYENDO COLCHÓN DE 80 CM COMO MÍNIMO CON RESPECTO AL PISO 4 LONGITUD TOTAL (INCLUYENDO MIEMBROS INFERIORES) 185 CM COMO MÍNIMO 5 ANCHO TOTAL 60 CM +/- 3 CM GABINETE: 6 ALTURA 68 +/- 2 CM INCLUYENDO ZOCIO 7 LONGITUD 115 +/- 2 CM 8 ANCHO 60 +/- 2 CM 9 ZOCIO DE 108 X 53 X 10 CM +/- 1 CM 10 BASE DEL COLCHÓN FABRICADA EN TUBO CUADRADO DE 19 X 19 MM (3/4" X 3/4") CALIBRE 18 Y CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 16, RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO O ALQUIDALICA HORNEADA 11 CON 3 CAJONES LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 20, RECUBIERTOS CON PINTURA EN POLVO O ALQUIDALICA HORNEADA CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALADAS EN NYLON Y JALADERA 12 LOS CAJONES DEBERAN TENER DIMENSIONES INTERIORES DE 55 CM DE FRENTE, 43 CM DE FONDO Y 12 CM DE ALTO +/- 1 CM 13 QUE PRESENTE 3 SECCIONES: DORSO, PÉLVICA Y MIEMBROS INFERIORES DORSO: 14 CON DIMENSIONES DE 90 X 60 CM +/- 2 CM 15 CON SISTEMA DE ABATIMIENTO POR MEDIO DE RESORTE DE GAS (PISTÓN NEUMÁTICO) CON SISTEMA DE BLOQUEO RÍGIDO DE 500 NEWTONS Y SISTEMA DE ACTIVACIÓN MANUAL 16 CON ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 70 GRADOS COMO MÍNIMO 17 CON SISTEMA PARA COLOCAR ROLLO DE PAPEL 18 CON SISTEMA DE SUJECIÓN PARA EL PAPEL PÉLVICA: 19 CON DIMENSIONES DE 44 X 60 CM +/- 2 CM 20 CON ANGULACIÓN DE 7 GRADOS COMO MÍNIMO MIEMBROS INFERIORES: 21 FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 16, RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO O ALQUIDALICA HORNEADA CON SISTEMA DESLIZABLE Y JALADERA 22 CON ELEVACIÓN DE MIEMBROS INFERIORES DE 0 A 4 CM COMO MÍNIMO	3


**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21305 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>23 CON COJÍN REMOVIBLE FABRICADO EN TRIPLAY DE 12 MM CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 DE DENSIDAD FORRADO EN TELA VÍNILICA</p> <p>24 LA UNIDAD DEBE CONTAR CON CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO ANSI 304 CALIBRE 24 ACABADO PULIDO</p> <p>25 CON COLCHÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 FIRME DE DENSIDAD DIVIDIDO EN DOS SECCIONES. FORRADO EN TELA VÍNILICA ANTIFLAMA Y ANTIBACTERIAL. FIJADO A LA MESA POR TIRAS AUTOADHERIBLES DE 20 CM DE LARGO POR 5 CM DE ANCHO, UNA DE LAS CARAS DE LA CINTA AUTOADHERIBLE DEBERÁ ESTAR COSIDA AL COJÍN</p> <p>26 CON ESCALÓN DESLIZABLE EN LÁMINA CALIBRE 10 CON CUBIERTA DE HULE ANTIDERRAPANTE CON DIMENSIONES DE 52 X 27 X 9 CM +/- 1 CM. DEBERÁ SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 180 KG SIN QUE SE LEVANTE EL LADO OPUESTO DE LA MESA. LA ALTURA DEL PISO A LA SUPERFICIE DEL ESCALÓN DEBERÁ SER DE 21 CM +/- 1 CM</p> <p>27 CON SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE POLARIZADO GRADO MÉDICO, CONTACTO DOBLE Y CABLE TIPO USO RUDO CALIBRE 18 AWG DE 2.5 METROS DE LARGO</p> <p>28 PIERNAS DE ALUMINIO O PLÁSTICO REMOVIBLES</p> <p>29 TALONERAS RETRÁCTILES INTEGRADAS O REMOVIBLES</p> <p>30 EN CASO DE SER PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL, DEBERÁ CUMPLIR CON CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS</p> <p>31 EN CASO DE SER PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO, QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES NORMAS-CERTIFICADOS: FDA, CE, JIS, ISO 13485</p> <p>32 GARANTÍA DE 24 MESES</p>	



ELABORÓ:	MTRA. CYNTHIA ALARCÓN MORA - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA MAYO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	<p>MESA FABRICADA EN ACERO CROMADO INCLUYE CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE</p> <p>ARO PORTA-CHAROLA DE 2.54 (1") CALIBRE NO. 12 Y CHAROLA CALIBRE NO. 20 DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, PALANCA OPRESORA DE ACERO DE 8CM DE LARGO, ACABADO CROMADO.PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51MM (2" X 2") CALIBRE NO. 10, ACABADO CROMADO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE PLOMO O ACERO. RODAJA TIPO BOLA DE HULE COLOR NEGRO DE 50.8MM (2") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. GARANTÍA DE 24 MESES. REQUIERE CERTIFICADO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EMITIDO POR LA COFEPRIS. NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO</p>	2

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	


**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21119 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MICROSCOPIO PARA CAMPO CLARO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	<p>MICROSCOPIO PARA CAMPO CLARO</p> <p>ESTATIVO FABRICADO EN ALUMINIO, REVOLVER DE 4 POSICIONES CON SOPORTE ANTICAIDA PARA FILTROS DE 32MM; PLATINA CON BORDES REDONDEADOS,, DIMENSIONES 185MM X 140MM, RECORRIDO DE PLATINA 26MM X 76MM, CUENTA CON CALIBRADOR VERNIER PARA COORDENADAS X/Y; CONDENSADOR TIPO ABBE CENTRABLE DE APERTURA NUMÉRICA DOBLE DE 0.9/1.25 OÍLCON RANURA PARA CONTRASTE DE FASE Y CAMPO OSCURO, CON INDICACIÓN DE AUMENTO PARA REGULAR APERTURA NUMÉRICA EN CADA AUMENTO, ENFOQUE AUTOAJUSTABLE CON CONTROLES PARA POSICIÓN BAJA, ENFOQUE MICROMÉTRICO POR ROTACIÓN 300MICRAS; ILUMINACIÓN LED: TEMPERATURA 6000K, CON UNA VIDACON AJUSTE DE ILUMINACIÓN TIPO KOEHLERAJUSTABLE Y CENTRABLEILUMINACIÓN ÚTIL DE 25.000HR, AJUSTE CONTINUO DE INTENSIDAD,TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO , RESISTENTE A LA ABRASIÓN, BOTONES DEENFOQUE EQUILIBRADOS, APAGADO AUTOMÁTICO A LAS 2 HORAS (PUEDE ACTIVARSE / DESACTIVARSE), SOPORTE CONDENSADOR CENTRABLE Y ENFOCABLE TUBOBINOCULARDE 45º CON AJUSTE DE DIOPTRÍAS DE 52 A 75MM. CONDENSADOR TIPO ABBE 0.90 / 1.25 ACEITE PAR DE OCULARES 10X/20 MM ENFOCABLES OBJETIVO NPLAN 10X/0.25 OBJETIVON PLAN 100X1.25 OÍL ACEITE DE INMERSIÓN. CABLE US ATERRIZADO</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>DEBE CONTAR CON LA NORMA NOM-032-SSA2-2014</p>	4



ELABORÓ:	BIOL. ARTURO BAEZ HERNANDEZ- DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 12	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20807 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MINI DATA LOGGER DE TEMPERATURA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	<p>MINI REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA EN TIEMPO REAL CON CAPACIDAD DE ALMACENAR MINIMO 16,000 LECTURAS CON RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DE -40°C A +70°C SENSOR TIPO NTC INTEGRADO TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -20°C A +70°C RANGO DE MEDICIÓN DE -20°C A +70°C EXACTITUD DE ±0.5 °C (-20 +70 °C) VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA EN TIEMPO REAL POR MEDIO DE PANTALLA DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) NORMA ISO 12830:2019 ISO 9001:2008 GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	12


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	<i>Patricia Muñoz Flores</i>
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	<i>Guadalupe Díaz del Castillo Flores</i>

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MUEBLE RODANTE.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	<p>MUEBLE RODANTE, 4 CAJONES Y PUERTA MEDIDAS 50 X 44 X 78 CM COLOR GRIS, DE MADERA O ACERO INOXIDABLE GARANTÍA 24 MESES</p> 	5


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	<i>Patricia Muñoz Flores</i>
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	<i>Guadalupe Díaz del Castillo Flores</i>

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 22	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.667.0065	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	<p>OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL EQUIPO PARA LA MEDICIÓN Y EL REGISTRO CONTINUO DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE PERIFÉRICA Y FRECUENCIA CARDIACA. PANTALLA A COLOR LED, CON LUZ DE FONDO DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE. MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES VOLUMEN PARA TONO DE PULSO PARA ADULTOS GARANTÍA DE 24 MESES NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO DE ACUERDO AL MODELO ANEXO</p> 	22


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	


**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 6	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21319 / SUBSIDIO ESTATAL
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA DE RUEDAS CON DESCANSABRAZOS TIPO SPORT ERGONÓMICOS CON DISEÑO FLIP UP Y ACOJINADOS DE PU, SEMINEUMÁTICA DE 8" X 2"

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
17	<p>SILLA RUEDAS DISEÑADA CON RESISTENTE ESTRUCTURA Y TAPICERÍA DE NYLON ACOJINADA CON RETARDANTE A LA FLAMA. DESCANSABRAZOS TIPO SPORT ERGONÓMICOS CON DISEÑO FLIP UP Y ACOJINADOS DE PU. LLANTA NEUMÁTICA XTREME DE 24" CON RIN DE ALUMINIO Y ARO MOTRIZ DE ACERO Y RUEDA DELANTERA SEMINEUMÁTICA DE 8" X 2". REFLEJANTES PARA RAYOS Y TRASEROS EN CHASIS. ALTURA 88 CM PROFUNDIDAD 40 CM ANCHO 46 DEL ASIENTO Y TOTAL DE LA SILLA 66 CM COLOR: NEGRO PESO QUE SOPORTA 120 KG GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	6

ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA - DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS 
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA SALVAESCALERA

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	<p>SISTEMA RAIL DE 8CM DE DIÁMETRO SISTEMA ARRANQUE PARADA QUE GARANTIZA UN ATERRIZAJE SEGURO Y CONFORTABLE CUENTA CON SISTEMA DE AUTOCHQUEO QUE DETECTA CUALQUIER FALLO O ANOMALÍA EN EL EQUIPO</p> <p>AL FINAL DEL RECORRIDO SE PUEDE GIRAR EL ASIENTO Y REPOSAPIES CON UNA LIGERA PRESIÓN.</p> <p>HASTA 5 METROS DE RECORRIDO, CURVO O RECTO.</p> <p>POTENCIA DEL MOTOR 0.25KW</p> <p>ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHADOS</p> <p>CONTRÓLES FÁCILES DE UTILIZAR</p> <p>CINTURÓN DE SEGURIDAD, REPOSABRAZOS, REPOSAPIES Y ASIENTO PLEGABLES, QUE PERMITEN UN ACCESO FÁCIL.</p> <p>CAPACIDAD MÁXIMA 127KG.</p> <p>MANTENIMIENTO Y GARANTÍA POR EL PROVEDOR DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN</p> <p>CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR PARTE DEL PROVEEDOR.</p> <p>GARANTÍA 24 MESES</p>	1



ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUNOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

Patricia Muñoz Flores


Guadalupe Díaz del Castillo Flores

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 884	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20807 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TERMOMETRO DE VASTAGO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
19	<p>PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN</p> <p>VIENE EN UN ESTUCHE DE PLÁSTICO GRUESO QUE MIDE 12.5 CMS DE LARGO, PRESENTA UN ORIFICIO CENTRAL DE 1.5 CMS DE DIÁMETRO CON SISTEMA EXCLUSIVO DE "SAFE-T-GUARD", CON ADITIVOS QUE INHIBEN EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS Y HONGOS, ESTE ESTUCHE FACILITA EL MANEJO DEL TERMÓMETRO, LO PROTEGE CONTRA CHOQUES Y SE PUEDE CALIBRAR.</p> <p>CARÁTULA: DE 1" CON UN VÁSTAGO DELGADO (0.142") ES DE POLICARBONATO QUE LO HACE IRROMPIBLE, CON NÚMEROS REMARCADOS QUE LE DAN ALTA VISIBILIDAD, LAS ESCALAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS ESTÁN ACENTUADAS, FÁCIL DE LEER LA TEMPERATURA, LA ESCALA ES EXTENDIDA A 360° ANGULARES, ADEMÁS PRESENTA UN RELIEVE QUE LE PERMITE AL PUNTERO MAYOR MOVIMIENTO POR GRADO DE CAMBIO DE TEMPERATURA</p> <p>TODAS LAS PARTES EXTERNAS DEL TERMÓMETRO SON DE ACERO INOXIDABLE. DIAL GRÁFICO DE RANGO DE MEDICIÓN: MÍNIMA - 40°C MÁXIMA +50°C NORMA ISO 9001-2015 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	884

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	<i>Patricia Muñoz Flores</i>
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	<i>Guadalupe Díaz del Castillo Flores</i>

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TERMOMETRO INFRAROJO DE PEDESTAL

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20	<p>TOMA TEMPERATURA EN FRENTE RECARGABLE INCLUYE PILAS 18650 CON TRIPIE AJUSTABLE A DIFERENTES ALTURAS A PARTIR DE 60 CMS A 2 MTS USB PARA CONECTARSE A LA ENERGÍA CAPACIDAD 1200 ML TOMA DE TEMPERATURA Y SANITIZANTE SIN CONTACTO IDEAL PARA USO CON LIQUIDO, EN CASO DE GEL EL FAVOR DE QUITAR LA PERILLA/TORNILLO LOCALIZADO EN LA PARTE INFERIOR, NO UTILIZAR GEL ESPESO Y/O GEL NO HIDROSOLUBLE SI SE LLEGA A TAPAR DRENAR CON AGUA AL TIEMPO CON LA FUNCIÓN DE AUTOLIMPIADO UTILIZAR LA CHAROLA NEGRA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO NO MOJAR, NO EXPONER A TEMPERATURAS EXTREMA EXTRUSIÓN DE LIQUIDO AJUSTABLE ALARMA TEMPERATURA ALTA VOZ 15 IDIOMAS CHAROLA PARA COLOCARSE SOBRE EL MISMO, EN TIPIE O BIEN MONTADO EN LA PARED INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL FAVOR DE LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	5

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20807 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TERMOMETRO LASER

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
21	<p>TERMOMETRO CON APUNTADOR LÁSER PARA MEDIR DE MANERA INSTANTANEA LA TEMPERATURA.</p> <p>HASTA UNA DISTANCIA A PUNTO 12:1 CON TECNOLOGÍA LÁSER PRECISA. RESISTENCIA AL AGUA Y AL POLVO QUE PERMITE TRABAJAR BAJO CUALQUIER CONDICIÓN CLIMATOLÓGICA.</p> <p>CAPACIDAD PARA MOSTRAR VALORES DE TEMPERATURA MÁXIMOS Y MÍNIMOS, ASÍ COMO LA DIFERENCIA ENTRE TEMPERTURAS Y EL PROMEDIO.</p> <p>PANTALLA CON RETROILUMINACIÓN PARA FACILITAR LA LECTURA DE LOS DATOS EN ZONAS OSCURAS.</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN DE -30°C A +500°C. EXACTITUD DE ±1.5 °C (-30°C A +500°C). RESOLUCIÓN DE 0.1°C.</p> <p>VISUALIZACIÓN DE ALARMAS POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA RESITENTE AL IMPACTO POR CAÍDA</p> <p>NORMA ISO 9000-2015</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	2

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	<i>Patricia Muñoz Flores</i>
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	<i>Guadalupe Díaz del Castillo Flores</i>

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 53101	MARCA:	
CANTIDAD: 3	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO		
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
22	<p>BASE DE ACERO Y PINTURA ANTICORROSIVA CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE</p> <p>ASPIRADOR QUIRURGICO DE VACIADO RÁPIDO CON SISTEMA SILENCIOSO ACCIONADO CON AIRE, CON TRAMPA PARA SOLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE</p> <p>EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SOLIDOS Y ADAPTADOR PARA CANULAS DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE</p> <p>LA UNIDAD DENTAL CON MÓDULO INTEGRADO, CONTARÁ CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MODULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITA SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCION DE DOS METROS COMO MINMO EN TORNTO AL SILLON CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LIQUIDOS AL TERMINO DE LOS TRATAMIENTOS CON MANGUERAS DE SILICON O POLIURETANO</p> <p>USAS DE DOS VIAS DE LARGOUNA LARGO DE 180 A 200 CM CON POSIBILIDAD DE DESMONTARSE EN FORMA AMBIDIESTRA DOS BANQUILLOS, UNO PARA ESTOMATOLOGICO Y UNO PARA ASISTENTECON DESCANSA PIES, AMBOS CON SISTEMA NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADO DE PLASTICO TELA RESISTENTE Y LAVABLE COMPRESOR DE AIRE DE 1 HP COMO MINIMO CON CAPACIDAD DE 35 A 70 LITROS CON SISTEMA DE PURGA DE CONDENSADOS AUTOMATICO CON TECNOLOGIA LIBRE DE ACEITE CON ENTREGA DE AIRE LIMPIO</p>	3

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 53101	MARCA:	
CANTIDAD: 3	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO		
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>TANQUE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MINIMO DE 45 LITROS INCLUYE CUBETA REDUCTORA DE RUIDO</p> <p>ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 3KVA, 127V, 1 FASE CON SUPRESOR DE PICOS</p> <p>(ACONDICIONADOR DE VOLTAJE)</p> <p>SISTEMA DE 10 LEDS CON LENTE EN LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA INTEGRADA AL SILLÓN DE POLICARBONATO Y CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL Y TOPES QUE EVITAN EL DAÑO DE LOS CABLE ELÉCTRICOS AL MOVIMIENTO. CON UN HAZ DE LUZ FRÍA LED ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE, CON INTERRUPCIÓN EN EL MOVIMIENTO DEL SILLÓN Y RETORNO AUTOMÁTICO DE LUZ AL VOVER A LA POSICIÓN DE TRABAJO SISTEMA FLUSH. DOS BOTELLAS TRASLÚCIDAS Y RESISTENTES PARA AGUA, CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO.</p> <p>LA ORDEN DE ENVIO POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERA ESPECIFICAR LO SIGUIENTE:MARCA, MODELO Y No. DE SERIE DE LA UNIDAD Y ACCESORIOS MANUALES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL. CERTIFICADO ISO 9000 Y DE LA COMUNIDAD EUROPEA (CE)</p>	




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>MANTENIMIENTO Y GARANTIA POR EL PROVEEDOR DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR PARTE DEL PROVEEDOR</p> 	

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	