






AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 32	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.137.0084	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21110 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: BISTURÍ QUIRÚRGICO. MANGO Nº 4	

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE PARA ACOPLAR UNA HOJA DE BISTURÍ PARA REALIZAR INCISIONES EN CUALQUIER TIPO DE CIRUGÍA DE MANERA SEGURA. ISO 13485 SE REQUIERE MUESTRA GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	32

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	






AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 83	MODELO:
CLAVE S.S.: 527.164.0269	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CARETA PROTECTORA TIPO LIGERATRANSARENTE RÍGIDA

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>CARETA PROTECTORA, FACIAL INDIVIDUAL, CARA COMPLETA QUE BRINDA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD A GRAN ESCALA MANTENIENDO SUS OJOS Y PIEL FACIAL PERFECTAMENTE SEGUROS. DE POLICARBONATO PVC CAL 10, ALTAMENTE DURABLE Y RESISTENTE. DESINFECTAR CON ALCOHOL ISOPROPILICO POR 2 MIN ANTES DE USAR Y DESPUES DE VARIAS DE USO. LA MASCARILLA ES REUTILIZABLE. GARANTÍA 24 MESES</p> 	83

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	






AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR: ,
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 18	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CINTA ANTROPOMÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>CINTA ANTROPOMÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. CAPACIDAD 150 CM, GRADUACIÓN CM Y MM, MATERIAL FIBRA DE VIDRIO CON BOTÓN RETRÁCTIL PARA OBTENER UN BLOQUEO PRECISO. ESPACIO EN BLANCO ANTES DE LA ZONA 0, SE NECESITA MUESTRA</p> <p>GARANTÍA 24 MESES.</p> 	18


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 12	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: DIQUE DE HULE LATEX

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>DIQUE DE HULE PROFESIONAL, AISLA CAMPO OPERATORIO DESDE UN DIENTE HASTA TODA LA ARCADA DENTAL.</p> <p>PROPORCIONA UNA AMPLIA VISIÓN DE CAMPO POR SU COLOR CONTRASTANTE PREVIENIENDO CONTAMINACIÓN Y DEGLUCIÓN DE INSTRUMENTOS A LA CAVIDAD ORAL.</p> <p>DE 6x6 FABRICADO DE LATEX REFINADO, ELONGACIÓN HASTA 800% SIN DESGARRES</p> <p>NECESITA MUESTRA</p> <p>GARANTÍA 24 MESES</p> 	12


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 23	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.409.0531	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EXPLORADOR. EXPLORADOR DE UNA PIEZA, CON DOBLE EXTREMO. NO. 5

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	<p>EXPLORADOR DENTAL NO. 5 CON DOS EXTREMOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PRIMERA EXPLORACIÓN BUCAL. ESTE EXPLORADOR DOBLE ESTÁ INDICADO PARA CARIES Y TRAYECTOS DENTALES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: EXPLORADOR DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PRIMERA EXPLORACIÓN BUCAL. ESPECIALMENTE INDICADO PARA LA DETECCIÓN DE CARIES Y TRAYECTOS DENTALES, MANGO ANTIDESLIZANTE, MANTIENE SU AFILADO DE PRECISIÓN TRAS UN USO PROLONGADO</p> <p>MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. SE NECESITA MUESTRA ISO: 13485 REGISTRO SANITARÍO GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	23


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 25	MODELO:
CLAVE S.S.: 537.547.0019	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JERINGA. JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p>JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTÁNDAR. SE NECESITA, MUESTRA HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTÉSICO DESECHABLE DE 1.8 ML., DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR ÍNDICE Y MEDIO. ÉMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO O PUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO) ACERO ALEMÁN ISO: 13485 REQUIERE REGISTRO SANITARÍO GARANTÍA 24 MESES</p> 	25

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	





AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 6	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LUPA BINOCULAR DE AUMENTO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	<p>LUPA BINOCULAR DE AUMENTO 3,5 X, CON LUCES LED, LAMPARA DE LUPA DE OPERACIÓN MÉDICA, CON BATERÍA DE LITIO RECARGABLE UN ADAPTADOR DE CORRIENTE, DESTORNILLADOR, CLIP DE ALAMBRE, PAÑO DE LIMPIEZA, MANUAL DE USUARIO</p> <p>VTO: 2,5X 3,5X ICIA DE TRABAJO: 320-420MM PROFUNDIDAD DE VISIÓN: 80MM CAMPO DE VISIÓN: 60MM POTENCIA: 3W TIEMPO DE TRABAJO: 5 HORAS INTENSIDAD: 15000-30000 LUX VIDA ÚTIL DE LA BOMBILLA: 10000 HORAS GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	6



ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 15	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	<p>PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VIAS, CON CONTRÁNGULO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, GIRO DE 0 A 30,000 10,000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESON Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO, CON BOTELLA DE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO. CON ESTUCHE. SE NECESITA MUESTRA</p> <p>ISO: 13485 REGISTRO SANITARÍO GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	15


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 25	MODELO:
CLAVE S.S.: 537.703.9598	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 150 A 155 MM.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	<p>PINZA DE CURACIÓN MODELO COLLEGE O LONDON-COLLEGE, TIPO BAYONETA, LONGITUD 150-155 MM, DE ACERO INOXIDABLE ALEMÁN. SE NECESITA MUESTRA GARANTÍA DE 24 MESES NORMA ISO 13485</p> 	25


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 31	MODELO:
CLAVE S.S.: 537.702.4244	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21110 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA MICROADSON, CON DIENTES, DE 120 MM.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	<p>PINZA MICROADSON PARA ALGODÓN Y TEJIDOS EN CIRUGÍA. CON PUNTA FINA Y DIENTES EN SU EXTREMO DE 120 MM. ACERO INOXIDABLE ISO 13485 GARANTIA DE 24 MESES. SE REQUIERE MUESTRA.</p> 	31

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	





AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 13	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21306 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA PARA BIOPSIA BABY TISCHLER

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	<p>PINZA DE BIOPSIA BABY TISCHLER FIJA DE 25 CM CON SEGURO PIEZA DE ACERO INOXIDABLE NO ESTÉRIL GARANTÍA DE 24 MESES DESPUES DE LA ENTREGA SE SOLICITA MUESTRA PREVIA PARA VALIDAR.</p> 	13

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 






AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 66	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.701.1625	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21110 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA ROCHESTER OCHSNER, CURVA, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 20 CM.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	<p>PINZA ROCHESTER OCHSNER, CURVA, ESTRIADA, SIN DIENTES. LONGITUD 20 CM. DE ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE. ISO 13485 GARANTIA DE 24 MESES. SE REQUIERE MUESTRA.</p> 	66

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 66	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.701.1310	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21110 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 180 A 200 MM.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	<p>PINZA ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIADA, SIN DIENTES. LONGITUD 180 A 200 MM. DE ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE. ISO 13485 GARANTIA DE 24 MESES. SE REQUIERE MUESTRA.</p> 	66

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	





AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.701.1203	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZAS PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	<p>PINZAS PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM GARANTÍA 24 MESES SE REQUIERE: ISO: 13485 Y REGISTRO SANITARÍO</p> 	5


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 32	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.716.1792	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21110 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 180 A 185 MM.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	<p>ACERO INOXIDABLE JAPONÉS. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, REUTILIZABLE. MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN. CON JUNTA ARTICULADA. CON SISTEMA DE CIERRE DE TIPO CREMALLERA PARA SUJETAR LA AGUJA. ISO 13485 GARANTIA DE 24 MESES. SE REQUIERE MUESTRA.</p> 	32

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 15	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ROTOR MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE CAVIDADES DENTALES (PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD)

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	<p>PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, CON LUZ LED Y PUSH BUTTON. CARTUCHO ABIERTO CON PUSH BUTTON, CON LUZ LED 2 VIAS (AGUA Y AIRE) INCLUYE ESTUCHE Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO, INTENSIDAD LUMINOSA: 4,000 LUX. CABEZAL ESTANDAR POTENCIA 16 W ROTACIÓN (VELOCIDAD) 330,000-430,000 MIN-1. TAMAÑO DE CABEZAL 0121xAL 13,3 MM, SPRAY DE AGUA, MATERIAL DEL CUERPO ACERO INOXIDABLE, BALEROS CERAMICOS. SE NECESITA MUESTRA ISO: 13485 REGISTRO SANITARÍO GARANTÍA DE 24 MESES</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	15

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SET DE SUTURA

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
17	<p>1. PORTAGUJA. 2. PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 10 O 12 O 18 CM. 3. PINZA DE KOCHER DE 1X2 DIENTES DE 13 CM. 4. PINZA HEMOSTÁTICA CURVA DE CRILLE DE 16 CM. 5. TIJERA DE MAYO RECTA DE 14.5 CM. 6. CHAROLA. SE NECESITA MUESTRA ACERO ALEMÁN REGISTRO SANITARÍO ISO: 13485 GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	10

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	





AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SET ODONTOLÓGIA 1X4
INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	<p>SET ODONTOLÓGICO 1X4 INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO BANDEJA DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE Y PUEDE DIVIDIRSE EN DIFERENTES COMPARTIMENTOS PARA UBICAR EL MATERIAL ODONTOLÓGICO NECESARIO. ESPEJO: SEPARA LOS TEJIDOS BLANDOS, PROTEGE Y HACE MAS VISIBLE EL CAMPO OPERATORIO. EXPLORADOR: EXPLORA LAS FOSETAS Y FISURAS, REMUEVE LA PLACA DENTOBACTERIANA. CUCHARILLAS: ES CURVA CON 2 PARTES ACTIVAS, CONVEXA POR SU PARTE EXTERNA Y CÓNCAVA POR SU PARTE INTERNA, UTILIZADA PARA ÑA REMOCIÓN DE LA DENTINA CARIADA. PINZA: PARTE ACTIVA CON ESTRÍAS, CON EL FIN DE LOGRAR UNA MAYOR SUJECIÓN DE ELEMENTOS DESEADOS. ACERO ALEMÁN GARANTÍA DE 24 MESES REGISTRO SANITARIO ISO: 13485</p> 	5


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 252	MODELO:
CLAVE S.S.: 060.830.7237	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107, 20303 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SONDA PARODONTAL

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
19	<p>SONDA PARODONTAL DE ACERO INOXIDABLE CON UNA PUNTA DE TRABAJO ROMA Y MILIMETRADA DE 1 A 10 MM. PARA MEDIR BOLSAS PERIODONTALES(OMS) ISO 13485 GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	252


ELABORÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 32	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.859.4884	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21110 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TIJERA MAYO-STILLE, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20	<p>TIJERA DE ACERO INOXIDABLE. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, REUTILIZABLE. MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN. ISO 13485 GARANTIA DE 24 MESES. SE REQUIERE MUESTRA.</p> 	32

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 37	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TORUNDERA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE 250ML.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
21	<p>TORUNDERA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE 250ML. ISO: 13485 REGISTRO SANITARÍO GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	37

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	