

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECAÑICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA, HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

EN LA CIUDAD DE XALAPA - VERACRUZ, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS 21, 22, 22.1, 22.2, 23 Y 24 DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, XALAPA, VER., LOS C.C. LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES; ING. HERIBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ, REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; LC. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ, LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO, COTIZADORAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASÍ MISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LA MTRA. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADA MEDIANTE OFICIO No. OIC/SS-SESVER/FI/3039/2022, ASIMISMO SE DA CUENTA QUE MEDIANTE OFICIO NÚMERO CGE/DGFIAP/0588/09/2022 SE DESIGNÓ AL C. NOEL JUNIOR PONCE GAONA COMO TESTIGO SOCIAL CON NUMERO DE REGISTRO CGE-PF009-2021, SIN EMBARGO NO SE CONTÓ CON SU PRESENCIA EN EL PRESENTE ACTO, Y LAS EMPRESAS PARTICIPANTES: ABIEL INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V., BITISHA MÉXICO S.A. DE C.V. Y SOLUCIONES BOKAVI S.A. DE C.V., REPRESENTADAS POR LA C. ADRIANA LIZBET LÓPEZ MARÍN, C. LUIS GUTIÉRREZ COLORADO Y C. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ, RESPECTIVAMENTE, A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECAÑICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA, HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRÓ BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. -----
- 2.- PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITANTES. -----
- 3.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. -----

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECAÑICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA, HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



- 4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. -----  
-----  
5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO. -----  
-----

-----HECHOS-----

- 1.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. -----  
-----

**POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ING. HERIBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ	REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ	COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO	COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE	CARGO
MTRA. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

- 2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE, ASÍ COMO DEL REPRESENTANTE QUE ASISTIÓ A ESTE ACTO. -----  
-----

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA, HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
C. ADRIANA LIZBET LÓPEZ MARÍN	ABIEL INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.
BITISHA MÉXICO S.A. DE C.V.	C. LUIS GUTIÉRREZ COLORADO
SOLUCIONES BLOKAVI S.A. DE C.V.,	C. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ

QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SU PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA BASES NUMERAL 22, -----

3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE INFORMA A LA COMISIÓN DE LICITACIÓN; LA SIGUIENTE ACLARACIÓN A LAS BASES.-----

**ACLARACIÓN 1**

DICE:	DEBE DECIR:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-0XX-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICO Y ELECTROMECÁNICOS DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, HOSPITAL DE SALUD MENTAL ORIZABA, HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICO Y ELECTROMECÁNICOS DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, HOSPITAL DE SALUD MENTAL ORIZABA, HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDERÁ A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE ACUERDO AL OFICIO No. SESVER/DA/DSG/SMEEE/5373/2022 FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2022, SIGNADO POR EL ING. ABRAHAM MOLINA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.-----

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA, HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

**I. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LOS PROVEEDORES:**
**SOLUCIONES BLOKAVI S.A. DE C.V.**
**A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL**

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	25.5, M. ENTENDEMOS QUE EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001:2015 ES OBLIGATORIO Y CON ALCANCE RELACIONADO A EQUIPO MÉDICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>
2	25.5, M. ENTENDEMOS QUE EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-13485:2016 ES OPCIONAL Y EN SU LUGAR SE PUEDE PRESENTAR ISO-14001:2015. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	<b>NO ES CORRECTO, SE DEBE PRESENTAR EL ISO CORRECTO, APEGÁNDOSE A BASES.</b>
3	25.5, O. ENTENDEMOS QUE PARA ACREDITAR LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y QUE LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS PODRÁN SER SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE AL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	<b>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, YA QUE SE DEBEN PRESENTAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA. CON APEGO A LAS BASES.</b>
4	25.5, P. ENTENDEMOS QUE PARA ACREDITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y QUE LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS PODRÁN SER SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE AL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	<b>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, YA QUE SE DEBEN PRESENTAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA. CON APEGO A LAS BASES.</b>
5	REFERENCIA: PUNTO 2, ANEXO TÉCNICO, ANEXO 2 Y ANEXO 8 EN LOS ENCABEZADOS DE ANEXO TÉCNICO, ANEXO 2 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO 8 PROPUESTA ECONÓMICA DESCRIBEN UNA COLUMNA CON COMO NO DE RENGLÓN EN TODOS LOS CASOS, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE RENGLÓN Y PARTIDA ES LO MISMO?  FAVOR DE ACLARAR	<b>NO ES CORRECTO, RENGLÓN ES EL ASIGNADO AL ORDEN DE LOS EQUIPOS. ENTIÉNDASE POR PARTIDA PRESUPUESTAL LA ASIGNADA POR PARTE DEL ÁREA FINANCIERA.</b>

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
6	<p>REFERENCIA 25.5 INCISO B</p> <p>ORIGINAL Y COPIA FIEL Y LEGIBLE Y/O COPIA CERTIFICADA. PARA COTEJO DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL LICITANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL. COMO LO ESTIPULA EL ARTÍCULO LO 42 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; ASÍ COMO ORIGINAL Y COPIA FIEL Y LEGIBLE Y/O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, EN CASO DE SER PERSONA MORAL, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ASIMISMO PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE LO ACREDITE COMO TAL, E INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL), EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y ASÍ COMO COPIA LEGIBLE Y ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO.</p> <p>EN CASO DE PRESENTAR PROPUESTA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA SE DEBERÁ PRESENTAR ALGUNA DOCUMENTACIÓN EXTRAORDINARIA A LA SOLICITADA EN ESTE PUNTO, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>APEGARSE A CAPITULO 1, PUNTO 2, QUE DICE "ADMITIENDOSE UNA SOLA PROPUESTA POR PARTICIPANTE....."</p>
7	<p>REFERENCIA 25.5 INCISO E</p> <p>EN CASO DE QUE COMPAREZCA PERSONA DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL O DE LA PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE, A LA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, FAVOR DE CONFIRMAR QUE SE DEBE PRESENTAR?</p>	<p>EN REFERENCIA AL INCISO E, NO PLASMA LO QUE USTED ESTA PREGUNTANDO.</p>

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
8	<p>REFERENCIA 25.5 INCISO G.</p> <p>COPIAS DE CONTRATOS (MÍNIMO CINCO) EN DONDE SE HAGA CONSTAR LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES A DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO. CON EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE DE 5 AÑOS. SE DEBERÁ INCLUIR CARTAS DE LIBERACIÓN DE FIANZAS Y/O DOCUMENTOS QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE PUEDEN SER MINIMO CINCO CONTRATOS DENTRO DEL PERIODO DE 2017-2022 O TODOS DEBEN SER 2017?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>SE DEBE ENTENDER QUE AL SOLICITAR MÍNIMO 5 CONTRATOS, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS COMPROBABLES, ES DE AL MENOS 1 CONTRATO POR AÑO,</p>

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA, HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
9	<p>REFERENCIA 25.5 INCISO O.</p> <p>EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU PLANTILLA DE PERSONAL TÉCNICO, CUANDO MENOS 15 TÉCNICOS DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR 100% DE LA PLANTILLA CON NIVEL DE LICENCIATURA Y LO DEBERÁ ACREDITAR CON TÍTULO Y/O CÉDULA PROFESIONAL.</p> <p>ACREDITANDO CUANDO MENOS TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO, CON ORDENES DE SERVICIO DE EQUIPOS IGUALES O SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y CONSTANCIAS CON CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO "L .</p> <p>PUNTO L DICE: L. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, ESCRITO LIBRE DONDE INDIQUE EL NOMBRE DE 2 PROFESIONISTAS QUE SERÁN LOS RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS, LOS CUALES DEBERÁN SER TITULADOS EN INGENIERÍA BIOMEDICA MECATRONICA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES O BIONICA. BIOINGENIERÍA MÉDICA Y ELECTRONICA BIOMÉDICA Y MICROELECTRONICA Y DEBERÁ CONTAR. (MAESTRÍA Y/O DOCTORADO) ACREDITANDO LO ANTERIOR CON EL CURRÍCULUM VITAE DEL PROFESIONISTA RESPONSABLE Y CEDULA PROFESIONAL.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR EN EL MAS AMPLIO SENTIDO POSIBLE A QUE SE REFIERE QUE CUMPLA LAS CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO L, YA QUE SE SOLICITAN LA PLANTILLA DE CUANDO MENOS 15 TÉCNICOS CON NIVEL DE LICENCIATURA Y EN INCISO L DICE MAESTRÍA Y/O DOCTORADO, O A CUALES CARTERISTAS SE REFIERE.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR CUANTAS ORDENES DE SERVICIO DEBE INCLUIRSE</p>	<p>PARA LOS 15 PROFESIONISTAS EL 100 % DEBERÁ CONTAR CON LICENCIATURA AFÍN AL INCISO L, ES DECIR INGENIERÍA BIOMÉDICA MECATRÓNICA ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES O BIÓNICA. BIOINGENIERÍA MÉDICA Y ELECTRÓNICA BIOMÉDICA Y MICROELECTRÓNICA</p> <p>PARA LAS ORDENES DE SERVICIO, DEBERÁ DEMOSTRAR POR TÉCNICO LA EXPERIENCIA DE AL MENOS 3 AÑOS EN EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS A LOS INCLUIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, CON UN MÍNIMO DE 1 ORDEN POR AÑO.</p>


NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
10	<p>REFERENCIA ANEXO TÉCNICO TODAS LA PARTIDAS O RENGLONES</p> <p>¿SE PROPORCIONARAN EL ANEXO TÉCNICO EN FORMATO EDITABLE WORD U EXCEL PARA FACILITAR LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>SE ACEPTA, DEBERÁ PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES CON UNA USB PARA QUE SE LE PROPORCIONEN EN WORD LOS ANEXOS</p>
11	<p>REFERENCIA ANEXO TÉCNICO TODAS LA PARTIDAS O RENGLONES</p> <p>¿LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN USO O ESTÁN FUERA DE SERVICIO?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>APEGARSE AL PUNTO 25.5 INCISO W DONDE TEXTUALMENTE DICE: PRESENTAR TODAS LAS CONSTANCIAS DE VISITAS A LA UNIDADES HOSPITALARIAS PARA VISUALIZAR DE FORMA PRESENCIAL EL ESTADO DE LOS EQUIPOS SUJETOS A MANTENIMIENTO DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.</p>
12	<p>REFERENCIA 25.5 INCISO L</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN SE PERMITA PRESENTAR 1 O 2 O MAS PROFESIONISTAS.</p> <p>¿ SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>APEGARSE A BASES.</p>
13	<p>REFERENCIA 25.5 INCISO O</p> <p>SE DEBE PRESENTAR UNA PLANTILLA DE 15 TÉCNICOS AUN CUANDO SOLO SE REALICE PROPUESTA POR UNA SOLA PARTIDA</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>APEGARSE A BASES.</p>



NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
14	<p>REFERENCIA: PUNTO 25.5 INCISO M. Y ANEXO TÉCNICO PRESENTAR ORIGINALES Y COPIAS Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DE LOS CERTIFICADOS ISO 9001:2015 Y DEL CERTIFICADO 13485:2016, REFERIDA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, ESTAS DEBERÁN SER APLICABLES, ESTAR VIGENTES Y ACTUALIZADA S.A. NOMBRE DEL LICITANTE Y CON ALCANCE A MANTENIMIENTO PARA EQUIPO MÉDICO.</p> <p>DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO SE PUEDE OBSERVAR QUE EXISTEN EQUIPOS DE NATURALEZA DISTINTA AL TIPO MEDICO, TALES COMO ELEVADORES RENGLONES 1 Y 2, PLANTA DE EMERGENCIA RENGLÓN 45, UMA MANEJADORA DE AIRE RENGLONES 42 Y 43, 46-55, UNIDADES TIPO PAQUETE 56-62, ETC. QUE SON DE NATURALEZA ELECTROMECAÁNICA.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA, Y EN ARAS DE ASEGURAR AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA CONTRATAR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE PRESENTAR CERTIFICADOS ISO 9001:2015 Y 13485:2016 CON ALCANCE MAYOR AL SOLICITADO PARA INCLUIR LA CALIDAD EN TODOS AQUELLOS EQUIPOS CUYA NATURALEZA NO ES MEDICO.</p> <p>SE ACEPTE PRESENTAR TAMBIÉN CON ALCANCE EN MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y ELECTROMECAÁNICO Y/O TECNOLOGÍA MEDICA Y ELECTROMECAÁNICA</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>APEGARSE A BASES, NO SIENDO LIMITATIVO SI SE PRESENTA UN DOCUMENTO QUE AVALE UNA AMPLITUD DE SERVICIOS.</p>

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
15	<p>REFERENCIA 25.5 INCISO P. EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN DE SUS PROFESIONISTAS Y DE SU PERSONAL TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOBRE EL EQUIPO ESPECIFICO.</p> <p>DICHAS CONSTANCIAS DEBERÁN SER EMITIDAS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN CAPACITACIÓN, INCORPORANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO ACR EDITEN. POR UNA UNIVERSIDAD CON RECONOCIMIENTO ANTE LA SEP. POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL (SISTEMA CONOCER); CENETEC, SOMIB Y/O POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE INGENIERÍA CLÍNICA Y BIOMÉDICA DE MÉXICO S.C..EN ESTE RUBRO APLICAN LOS CURSOS SOBRE EQUIPO DE MEDICIÓN IMPARTIDOS DE EMA Y CENAM.</p> <p>SE DEBE PRESENTAR CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN DE LA PLANTILLA DE 15 TÉCNICOS AUN CUANDO SOLO SE REALICE PROPUESTA POR UNA SOLA PARTIDA Y /O RENGLÓN? POR EJEMPLO SI SOLO VAMOS POR LA PARTIDA O RENGLÓN 1 DEL ANEXO TÉCNICO PARA EL SERVICIO DE UN ELEVADOR, SOLICITAR CONSTANCIAS DE 15 TÉCNICOS NO ES RAZONABLE NI CONGRUENTE.</p> <p>SE SUGIERE ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SOLICITANDO ÚNICAMENTE AL PERSONAL MÍNIMO NECESARIO Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA O CAMBIAR EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN A GLOBAL.</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE UNA PLANTILLA MÍNIMA DE PERSONAL EN RELACIÓN AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>CON EL OBJETIVO DE EVALUAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD CON LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SE SOLICITA APEGARSE A BASES.</p>

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
16	<p>REFERENCIA 25.5 INCISO P.</p> <p>EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN DE SUS PROFESIONISTAS Y DE SU PERSONAL TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOBRE EL EQUIPO ESPECIFICO.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DICHAS CONSTANCIAS SEAN EMITIDAS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN CAPACITACIÓN, INCORPORANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN. POR UNA UNIVERSIDAD CON RECONOCIMIENTO ANTE LA SEP, AGENTES CAPACITADORES ACREDITADOS POR LA POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL (SISTEMA CONOCER CURSOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO Y ELECTROMECAÁNICO, DC3 CON CURSOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO Y ELECTROMECAÁNICO); CENETEC, SOMIB, COLEGIO DE INGENIEROS BIOMEDICOS Y/O POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE INGENIERÍA CLÍNICA Y BIOMÉDICA DE MÉXICO S.C, POR EL FABRICANTE, O EMA Y CENAM CON CURSOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO Y ELECTROMECAÁNICO, MEDICIÓN, CALIBRACIÓN, SEGURIDAD ELÉCTRICA, ETC.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>DE ACUERDO A SU SOLICITUD PUEDE PRESENTARSE ESAS CONSTANCIAS</p>
17	<p>REFERENCIA: PUNTO 25.5 INCISO: Q</p> <p>SE DEBE PRESENTAR UNA PLANTILLA DE 15 TÉCNICOS AUN CUANDO SOLO SE REALICE PROPUESTA POR UNA SOLA PARTIDA Y /O RENGLÓN? PORQUE NO ES CONGRUENTE POR EJEMPLO SI SOLO VAMOS POR LA PARTIDA O RENGLÓN 1 DEL ANEXO TÉCNICO PARA EL SERVICIO DE UN ELEVADOR, SOLICITAR 15 TÉCNICOS NO ES RAZONABLE NI CONGRUENTE.</p> <p>SE SUGIERE ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SOLICITANDO ÚNICAMENTE AL PERSONAL NECESARIO. FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>CON EL OBJETIVO DE EVALUAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD CON LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SE SOLICITA APEGARSE A BASES.</p>

18	<p>REFERENCIA 25.5 INCISO Q.</p> <p>EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON AL MENOS 15 EQUIPOS DE CALIBRACIÓN, ANALIZADORES Y/O SIMULADORES, LOS CUALES DEBERÁN SER CONGRUENTES CON EL NUMERO DE TECNICOS QUE BRINDARAN EL SERVICIO DE LOS RENGLONES QUE LICITA A NOMBRE DEL LICITANTE, DICHS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR SU CALIBRACIÓN VIGENTE, EL CUAL ACREDITARAN CON SUS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (CON TODOS SUS ANEXOS). Y LOS CUALES DEBERÁN SER EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA AUTORIZADA Y ACREDITADA POR EL CENAM Y/O EMA ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR EstrictAMENTE RELACIONADOS EN EL CATALOGO DE ACREDITADOS Y PUBLICADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE ESTAS, ESTA ACREDITACIÓN DEBERÁ CORRESPONDER AL ÁREA DE ESPECIALIDAD DEL EQUIPO CALIBRADO, NO SE ACEPTARÁN EQUIPOS USADOS DE MEDICIÓN CON TRAMITE DE CALIBRACIÓN AL EXTRANJERO.</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SOLICITE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ANALIZADORES O SIMULADORES EN FUNCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE SE REQUIEREN PARA CADA EQUIPO Y NO 15 ANALIZADORES DE FORMA GENERAL SIN ESTABLECER CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES.</p> <p>SE ACEPTA PRESENTAR LOS SIGUIENTES 16 EQUIPOS QUE SON LOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS DEL ANEXO TÉCNICO.</p> <p>MULTIMETRO DIGITAL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA ANALIZADOR DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS (ECG, IBP, NIBP, TEMP Y SPO2) ANALIZADOR DE FLUJOS VENTILATORIOS (FLUJO, VOLUMEN PRESION, RELACION I:E, TIEMPO INSP; TIEMPO EXP, FRECUENCIAS RESPIRATORIA, IMPRESIÓN DE GRAFICAS Y GGFRACCION INSPIRADA DE OXIGENO). ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS OSCILOSCOPIO</p>	<p>CON EL OBJETIVO DE EVALUAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD CON LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SE SOLICITA APEGARSE A BASES.</p> 
----	---	--

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	<p>ANALIZADOR DE DESFIBRILACION LUXOMETRO SONOMETRO ANEMOMETRO TERMOMETRO DIGITAL MANOMETRO DIGITAL FUENTE ANALÓGICA DE TENSION Y CORRIENTE ELÉCTRICA CONTINUA MANOMETRO PARA PRUEBA DE FUGA MANOVACUÓMETRO DIGITAL TERMÓMETRO DE LECTURA DIRECTA (TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSOR DE HUMEDAD)</p> <p>ANEXANDO COPIA DE LOS CERTIFICADOS VIGENTES DE CALIBRACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS Y/O EQUIPOS DE MEDICIÓN, EXPEDIDO POR EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM) O POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA EMA O EN CASO DE SER EQUIPO NUEVO DEL CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE O REPRESENTANTE DE LA MARCA EL CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE, Y EN CASO DE ESTAR EN OTRO IDIOMA, ANEXAR SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL IDIOMA ESPAÑOL.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
19	<p>REFERENCIA 25.5 INCISO W.</p> <p>PRESENTAR TODAS LA CONSTANCIAS DE VISITAS A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA VISUALIZAR DE FORMA PRESENCIAL EL ESTADO DE LOS EQUIPOS SUJETOS A MANTENIMIENTO DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.(ANEXO 14).</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA SE PUEDAN REALIZAR LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES HASTA UN DÍA PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>CON EL OBJETIVO DE EVALUAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD CON LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SE SOLICITA APEGARSE A BASES.</p>

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
20	REFERENCIA 25.5 INCISO CAPITULO XII, SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  ¿EN CASO DE PRESENTAR PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO? FAVOR DE ACLARAR	APEGARSE A CAPITULO 1, PUNTO 2, QUE DICE "ADMITIÉNDOSE UNA SOLA PROPUESTA POR PARTICIPANTE....."
21	REFERENCIA 25.5 INCISO D ANEXO TÉCNICO  ¿EN RELACIÓN AL ANEXO TÉCNICO DEBEMOS ENTENDER QUE EN TODAS LAS RUTINAS SOLICITAN EL REPLAZO DE REFACCIONES SOLO EN CASO DE SER NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, FAVOR DE CONFIRMAR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
22	REFERENCIA: PUNTO 25.5 INCISO: O  SE DEBE PRESENTAR UNA PLANTILLA DE 15 TÉCNICOS AUN CUANDO SOLO SE REALICE PROPUESTA POR UNA SOLA PARTIDA  FAVOR DE ACLARAR	CON EL OBJETIVO DE EVALUAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD CON LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SE SOLICITA APEGARSE A BASES.
23	REFERENCIA: PUNTO 4  SE DEBE ENTENDER QUE EL PLAZO DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LA REPARACIÓN, COMPOSICIÓN O VICIOS OCULTOS EN LOS MATERIALES UTILIZADOS, SERA POR UN PERIODO DE 90 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN ENTERA SATISFACCIÓN POR EL ÁREA REQUIRENTE, FAVOR DE CONFIRMAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
24	REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO  PARA EL CASO DE QUE EN LOS TRABAJOS A REALIZAR SEGÚN COLUMNA DE DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO ESTABLEZCA ALGUNA REPARACIÓN, CAMBIO O SUSTITUCIÓN DE ALGÚN COMPONENTE Y EL EQUIPO LO REQUIERA O AQUELLOS DONDE SOLO SE DESCRIBE REVISIÓN GENERAL, CUAL SERA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR, SE COTIZARA DE FORMA EXTRAORDINARIA. FAVOR DE ACLARAR	SE APEGARÍA AL CAPITULO XII PUNTO 48

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
25	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO</p> <p>EN RELACIÓN CON LA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN, SE ENTIENDE QUE SE REFIERE ÚNICAMENTE A LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO PROPIO Del EQUIPO Y NO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE UBICADA, FAVOR DE ACLARAR?</p>	<p>APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPO, SEGÚN SEA EL CASO.</p>
26	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO TODAS LAS PARTIDAS Y/O RENGLONES</p> <p>EN CASO DE QUE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO TALES COMO MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE, NUMERO DE INVENTARIO, UBICACIÓN, ETC. PRESENTEN INCONSISTENCIAS DENTRO DEL MISMO ANEXO COMO DUPLICADOS, SIN DATOS O NO COINCIDAN CON LOS DATOS DEL EQUIPO FÍSICAMENTE, O NO SE ENCUENTREN EN LA UNIDAD, FAVOR DE INDICAR EL PROCEDER EN CUANTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERE CON ESOS DATOS.</p>	<p>APEGARSE AL PUNTO 25.5 INCISO W DONDE TEXTUALMENTE DICE: PRESENTAR TODAS LAS CONSTANCIAS DE VISITAS A LA UNIDADES HOSPITALARIAS PARA VISUALIZAR DE FORMA PRESENCIAL EL ESTADO DE LOS EQUIPOS SUJETOS A MANTENIMIENTO DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.</p>
27	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO TODAS LAS PARTIDAS Y/O RENGLONES</p> <p>PARA EFECTOS DE LA COMPROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PAGO ¿EXISTE ALGÚN FORMATO QUE DEBAMOS PRESENTAR, O COMO SE DEBERÁ COMPROBAR EL MISMO Y QUE DATOS DEBEMOS TOMAR EN CONSIDERACIÓN, EN RELACIÓN A MI PREGUNTA ANTERIOR?</p>	<p>APEARSE AL CAPITULO XII PUNTO 47 DE LAS BASES.</p>

ABIEL INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.,

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>EN REFERENCIA AL TITULO DE LA LICITACION DE LA PORTADA DE LAS BASES VIENE ESCRITO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECAÑICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACION 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA, HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.</p> <p>SIN EMBARGO EN LOS ANEXOS DEL 1 AL 14, VIENE REPETIDA LA PALABRA HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR CUAL ES EL TITULO CORRECTO.</p>	<p>APEGARSE A LA ACLARACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA</p>

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECAÑICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA, HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



2	<p>EN REFERENCIA AL TITULO DE LA LICITACIÓN DE LA PORTADA DE LAS BASES VIENE ESCRITO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACION 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA, HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.</p> <p>SIN EMBARGO EN LOS ANEXOS DEL 1 AL 14, NO VIENE INCLUIDO EL HOSPITAL SALUD MENTAL DE ORIZABA Y EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ</p> <p>FAVOR DE ACLARAR CUAL ES EL TITULO CORRECTO.</p>	<p>APEGARSE A LA ACLARACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA</p>
3	<p>EN LA HOJA 2 DE LAS BASES, EN EL PRIMER PÁRRAFO SE INDICA QUE SE HA PUBLICADO EL DIA XX DE XXX DEL 2022 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO.</p> <p>INDICAR SI ES CORRECTO Y SI LA FECHA NO AFECTA EL PROCESO.</p>	<p>APEGARSE A LA CONVOCATORIA DEL PROCESO PUBLICADO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</p>
4	<p>EN LA HOJA 2 DE LAS BASES, EN EL PRIMER PÁRRAFO SE INDICA NUEVAMENTE EL NOMBRE DE LA LICITACIÓN, SIN EMBARGO EN EL NUMERO DE LICITACIÓN VIENE DE LA SIGUIENTE MANERA: LPN-103T00000-0XX-2022.</p> <p>INDICAR CUAL ES EL NUMERO CORRECTO DE LICITACIÓN.</p>	<p>APEGARSE A LA ACLARACIÓN 1 DE LA PRESENTE ACTA</p>
5	<p>EN EL PUNTO 25.5 INCISO W SE SOLICITA PRESENTAR LAS CONSTANCIAS DE VISITA A HOSPITALES CON EL ANEXO 14.</p> <p>INDICAR SI DICHAS VISITAS SE DEBEN PRESENTAR EN FORMATO FIEL COMO LO INDICA EL ANEXO Ó EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.</p>	<p>APEGARSE A LAS BASES PRESENTAR COMO LO INDICA LA NOTA AL CALCE QUE DICE QUE ESTE DOCUMENTO DEBE REPRODUCIRSE FIELMENTE TANTAS VECES SEA NECESARIO.</p>
6	<p>EN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO LICITATORIO SE INDICA COMO FECHA EL DÍA 05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2022, EN HORARIO DE 09:00 AM A 15:00 PM PARA REALIZAR LAS VISITAS A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.</p> <p>INDICAR SI SON LAS ÚNICAS FECHAS O HABRÁ ALGUNA PRORROGA.</p>	<p>APEGARSE A LA CONVOCATORIA DEL PROCESO PUBLICADO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</p>

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022. DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA, HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

7	EN EL CASO DE QUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO O ELECTROMECAÁNICO REBASE LAS 2 TERCERAS PARTES DEL COSTO TOTAL DEL EQUIPO ¿CUAL SERIA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?	APEGARSE AL PUNTO 25.5 INCISO W DONDE TEXTUALMENTE DICE: PRESENTAR TODAS LAS CONSTANCIAS DE VISITAS A LA UNIDADES HOSPITALARIAS PARA VISUALIZAR DE FORMA PRESENCIAL EL ESTADO DE LOS EQUIPOS SUJETOS A MANTENIMIENTO DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
---	--	---

SE CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA. -----


RESPECTO A LA PREGUNTA, RESPUESTA, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRA PRESENTE, MANIFIESTA NO TENER OBJECCIÓN ALGUNA, ACEPTANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES FIRMANDO DE CONFORMIDAD.-----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE TRES DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2022/>. -----

5.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO FINALMENTE SE REITERA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 14 DE OCTUBRE EL 2022, A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA.-----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ



LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

  
C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
ING. HERIBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO  
DE SERVICIOS GENERALES

  
LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA


  
L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ

COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO  
DE ADQUISICIONES




  
LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO

COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
MTRA. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS	DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
ABIEL INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.	C. ADRIANA LIZBET LÓPEZ MARÍN	
BITISHA MÉXICO S.A. DE C.V.	C. LUIS GUTIÉRREZ COLORADO	
SOLUCIONES BOKAVI S.A. DE C.V.	C. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ	

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA, HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.