



1  
AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA


Renglón 1

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 408	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641 / RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BOLÍGRAFOS

DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CAJA DE BOLÍGRAFOS 12 PIEZAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	BOLÍGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL DISEÑO CILÍNDRICO PUNTA: 0.7 MM GARANTÍA DE 6 MESES CAJA C/12 PZAS	408



ELABORÓ:	L.N. MICHELLE FERNÁNDEZ MOCTEZUMA - JEFA DE DEPTO. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

Renglón 2

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 49	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641 / RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FOLDERS

DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PAQUETE DE FOLDERS CARTA 100 PIEZAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>FOLDER COLOR CREMA</p> <p>DIMENSIONES: CARTA(23.5 CM ANCHO X 29.5 CM)</p> <p>ELABORADOS CON CARTULINA</p> <p>GRAMAJE DE 175 GRS</p> <p>ALTA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO</p> <p>CAJA CON 100 PIEZAS</p> <p>6 MESES DE GARANTÍA</p> 	49

ELABORÓ:	L.N. MICHELLE FERNÁNDEZ MOCTEZUMA - JEFA DE DEPTO. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

Renglón 3

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 49	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641 / RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PAPEL BOND

DESCRIPCIÓN ADICIONAL: HOJAS DE PAPEL BOND OPALINA PARA CONSTANCIAS (PAQ. DE 100 HOJAS)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 125 G PAQUETE C/100 PIEZAS 6 MESES DE GARANTÍA	49

ELABORÓ:	L.N. MICHELLE FERNÁNDEZ MOCTEZUMA - JEFA DE DEPTO. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

Renglón 4

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641 / RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PAPEL BOND

PAQUETE DE 500 HOJAS PARA IMPRESIÓN DEL MANUAL DE CERTIFICACIÓN

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	PAPEL BOND ECOLÓGICO TAMAÑO CARTA 37 KG/75 G/M2 86% BLANCURA 100% RECICLABLE, FABRICADO CON PAPEL RECICLADO PAQUETE C/500 HOJAS 6 MESES DE GARANTÍA 	1

ELABORÓ:	L.N. MICHELLE FERNÁNDEZ MOCTEZUMA - JEFA DE DEPTO. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

Renglón 5

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 57	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641 / RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PAPEL BOND

DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PAQUETE DE 500 HOJAS PARA IMPRESIÓN DEL MANUAL DE CERTIFICACIÓN

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	PAPEL BOND ECOLÓGICO TAMAÑO CARTA 37 KG/75 G/M2 86% BLANCURA 100% RECICLABLE, FABRICADO CON PAPEL RECICLADO PAQUETE C/500 HOJAS 6 MESES DE GARANTÍA 	57

ELABORÓ:	L.N. MICHELLE FERNÁNDEZ MOCTEZUMA - JEFA DE DEPTO. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

*Renglón 6*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21101	MARCA:
CANTIDAD: 57	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641 / RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PAPEL BOND

DESCRIPCIÓN ADICIONAL: IMPRESIÓN DE GUÍA DE ENTORNOS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	PAPEL BOND ECOLÓGICO TAMAÑO CARTA 37 KG/75 G/M2 86% BLANCURA 100% RECICLABLE, FABRICADO CON PAPEL RECICLADO PAQUETE C/500 HOJAS 6 MESES DE GARANTÍA	57



ELABORÓ:	L.N. MICHELLE FERNÁNDEZ MOCTEZUMA - JEFA DE DEPTO. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

**ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**




**FICHA TÉCNICA**

*REnglon 7*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 21501	MARCA:
CANTIDAD: 295	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: Proceso 50641 Políticas Públicas, Ramo 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LIBROS

DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CÓMICS POR ESCUELA PARA CAMBIO DE COMPORTAMIENTO PARA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>1. REVISTA (CÓMICS) POCOYO ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA  2. IMPRESIÓN A COLOR 4x4  3. FORRO 4 PÁGINAS EN PAPEL COUCHE 2C BRILLANTE DE 150 GR 150 GRS, MEDIDA FINAL 210X270 MEDIDA 420X270  4. ENGRAPADOS POR EL MEDIO  5. INTERIOR 16 PÁGINAS EN PAPEL COUCHE 2C BRILLANTE DE 90 GR 90 GRS, MEDIDA FINAL 210X270 MEDIDA 420X270  6. (20 ) PAGINAS TOTALES  7. DISEÑO DE ACUERDO AL ARCHIVO ELECTRÓNICO</p> <p>ENTREGAR MUESTRA AL ÁREA TÉCNICA PARA VALIDACIÓN ANTES DE SU COMPRA</p>  <p><b>Alimentación equilibrada</b></p> <p>GARANTIA 6 MESES</p>	295
ELABORÓ:	LIC. MICHELLE FERNÁNDEZ MOCTEZUMA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL	<i>q</i>
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz




VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Renglón 10

FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 22301	MARCA:
CANTIDAD: 7	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50613 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FRASCO DE VIDRIO CON TAPA DE PLÁSTICO HERMÉTICA DE 4 OZ.

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	FRASCO DE MATERIAL DE VIDRIO CON TAPA DE PLÁSTICO HERMÉTICA COLOR TRANSPARENTE MEDIDA DE 4 ONZAS DIÁMETRO DE ABERTURA 1 1/2" PAQUETE DE 24 PIEZAS PARA EQUIPAMIENTO DE LACTARIOS GARATÍA DE 6 MESES	7
		
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRYSYAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN  
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Renglón 12

FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25301	MARCA:
CANTIDAD: 181	MODELO:
CLAVE S.S.: 010.000.3622.00	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO:

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	ELECTROLITOS ORALES. SOLUCIÓN CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE: GLUCOSA 20.0 G CLORURO DE POTASIO 1.5 G CLORURO DE SODIO 3.5 G CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATADO 2.9 G ENVASE CON 27.9 G  CADUCIDAD MÍNIMA 18 MESES	181
		
ELABORÓ:	DRA. DULCE MARÍA ESPEJO GUEVARA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE- SUBDIRECTORA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES-DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y  
CONTROL DE ENFERMEDADES *Renglón 13*

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25301	MARCA:
CANTIDAD: 12	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50638 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: KIT EPIDEMIOLÓGICO PARA DX. Y TRATAMIENTO DE LEISHMANIASIS

RENGLON	DESCRIPCIÓN		
3	30 PIEZAS DE CLIOQUINOL. CREMA CADA G CONTIENE: CLIOQUINOL 30 MG ENVASE CON 20 G. 5 PIEZAS DE DICLOXACILINA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML CONTIENEN: DICLOXACILINA SÓDICA 250 MG ENVASE CON POLVO PARA 60 ML Y DOSIFICADOR. 5 PIEZAS DE MELOXICAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MELOXICAM 15 MG ENVASE CON 10 TABLETAS 2 PIEZAS DE MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. TABLETA, CÁPSULA O GRAGEA. CADA TABLETA, CÁPSULA O GRAGEA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 5.0 A 10.0 MG. RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 2.5 A 10.0 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 2.0 A 5.0 MG. NICOTINAMIDA (NIACINAMIDA) 10.0 A 100.0 MG. CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 3.0 A 5.0 ?G. ACETATO DE ALFATOCOFEROL (VITAMINA E) 3.0 A 20.0 MG. RETINOL (VITAMINA A) 2000.0 A 10000.0 UI. COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200.0 A 1000.0 UI. ACIDO PANTOTÉNICO 2.0 A 7.0 MG. SULFATO FERROSO 15.0 A 60.0 MG. SULFATO DE COBRE 1.0 A 4.0 MG. YODURO O FOSFATO DE POTASIO 0.15 A 4.0 MG. GLICEROFOSFATO, SULFATO O HIPOSULFITO DE MAGNESIO 1.0 A 8.00 MG. FOSFATO DE MAGNESIO 5.0 A 133.0 MG. CLORURO, FOSFATO O SULFATO DE ZINC 3.0 A 25.0 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS, CÁPSULAS O GRAGEAS. GARANTIA 18 MESES	010.000.0872.00 010.000.1927.00 010.000.3423.00 010.000.4376.00	12



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz





ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN  
Y CONTROL DE ENFERMEDADES *REnglon 13*

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: <u>1</u> DE <u>2</u>
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25301	MARCA:
CANTIDAD: 12	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50638 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: KIT EPIDEMIOLÓGICO PARA DX. Y TRATAMIENTO DE LEISHMANIASIS

RENGLON	DESCRIPCIÓN
	   
ELABORÓ:	BIOL. ARTURO BÁEZ HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE- SUBDIRECTORA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES-DIRECTORA DE SALUD PUBLICA <i>rodriguez</i>



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN  
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

*Renglón 15*

FICHA TÉCNICA		
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 25401	MARCA:	
CANTIDAD: 30	MODELO:	
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50627	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO		
RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO DE 3 CANALES PAPEL TERMOSENSIBLE PAPEL TIPO ROLLO MEDIDAS: 80 MILIMETROS X 20 METROS PRESENTACIÓN: CAJA CON 10 ROLLOS QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO 9001:2000, ISO:13485:2003 GARANTÍA DE 24 MESES	30
ELABORÓ:	M.S.P. CYNTHIA ALARCÓN MORA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES <i>Cynthia</i>	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES <i>Jessica</i>	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA <i>Guadalupe</i>	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 16

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25401	MARCA:
CANTIDAD: 50	MODELO:
CLAVE S.S.: 060.701.0360	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50613 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PERILLA. PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES. DE HULE. NO. 2

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	PERILLA DE HULE DEL NO. 2 PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES CON PUNTA QUE PERMITE LA SUCCIÓN Y EXPULSIÓN DE FLUIDOS ELABORADA EN UNA SOLA PIEZA LIBRE DE REBABAS SUPERFICIE LISA POR DENTRO Y POR FUERA ELABORADA EN PVC GRADO MÉDICO COLOR INDISTINTO CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016 GARANTIA 18 MESES	50
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y  
CONTROL DE ENFERMEDADES

Renglón 18

FICHA TÉCNICA		
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 4	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 25501	MARCA:	
CANTIDAD: 2	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO FUERA DE CUADRO BÁSICO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: ALCOHOLÍMETRO		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>EL KIT INCLUYE UN ALCOHOLÍMETRO CON IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALCOHOLÍMETRO</p> <p>PRINCIPIO DE MEDICIÓN: SENSOR ELECTROQUÍMICO EN TÉCNICA DE 1/4"; ESPECÍFICO DEL ALCOHOL ELABORADO CON TECNOLOGÍA ALEMANA</p> <p>RANGO DE MEDIDA: 0 A 2,5 MG/L; INDICACIÓN EN LA PANTALLA SI SE SOBREPASAN LOS LÍMITES DEL RANGO DE MEDICIÓN.</p> <p>TOMA DE MUESTRAS: ESTÁNDAR: TOMA DE MUESTRAS AUTOMÁTICA AL ALCANZAR EL VOLUMEN MÍNIMO.</p> <p>ES POSIBLE REALIZAR UNA TOMA DE MUESTRAS PASIVA O ACTIVAR MANUALMENTE LA TOMA DE MUESTRAS</p> <p>DISPONIBILIDAD OPERACIONAL: APROX. 2 S DESPUÉS DEL ENCENDIDO</p> <p>VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS: APROX. 3 S (CON 0 MG/L); APROX. 10 S (CON 0,5 MG/L, TEMPERATURA AMBIENTE)</p> <p>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -5 A +50°C</p> <p>PANTALLA: PANTALLA LCD GRÁFICA CON RETROILUMINACIÓN; 41 MM X 24 MM (128 X 64 PÍXELES)</p> <p>LED: LED TRICOLOR DE REFUERZO PARA AVISOS Y MENSAJES DE LA PANTALLA</p> <p>EMISOR DE SEÑALES ACÚSTICAS: DIFERENTES TONOS DE REFUERZO PARA LOS AVISOS DE ADVERTENCIA Y DE LA PANTALLA</p> <p>MEMORIA: ALMACENAMIENTO DE LAS ÚLTIMAS 5 000 PRUEBAS CON NÚMERO DE PRUEBA, FECHA Y HORA</p> <p>SUMINISTRO DE ENERGÍA: DOS BATERÍAS AA O NIMH; ESTADO DE CARGA EN LA PANTALLA.</p> <p>CON UN JUEGO DE BATERÍAS SE PUEDEN REALIZAR UNAS 1.500 PRUEBAS.</p> <p>ES POSIBLE CARGAR LAS BATERÍAS NIMH RECARGABLES EN EL EQUIPO</p> <p>CALIBRACIÓN: CALIBRADO CON GAS SECO O HÚMEDO COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE CALIBRACIÓN</p> <p>MEDIDAS (AL X AN X PR), PESO: 147 MM X 65 MM X 39 MM, APROX. 260 G</p> <p>CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS: CONFIGURACIÓN DE AJUSTE DIRECTAMENTE EN EL EQUIPO Y MEDIANTE EL MENÚ (SE REQUIERE PIN).</p> <p>NO SE REQUIERE SOFTWARE PARA PC ADICIONAL</p>	2



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

*Renglón 18*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 4	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 25501	MARCA:	
CANTIDAD: 2	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO FUERA DE CUADRO BÁSICO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: ALCOHOLÍMETRO		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p><b>VIBRACIÓN Y GOLPES:</b> CUMPLE CON LAS NORMAS EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F</p> <p><b>MARCADO CE:</b> DIRECTIVA 89/336/CEE (COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA)</p> <p><b>INTERFACES DE DATOS:</b> USB A PC; INTERFAZ ÓPTICA PARA EL CONTROL DE LA IMPRESORA</p> <p><b>NORMA:</b> CUMPLE CON LA NORMA EN 15964</p> <p><b>CLASE DE PROTECCIÓN:</b> IP 54</p> <p><b>EL EQUIPO DEBE INCLUIR IDIOMA ESPAÑOL EN TODOS LOS MENUS PARA FACILITAR SU USO.</b></p> <p><b>ACABADO DE ALTA CALIDAD:</b> INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO DE USO PROFESIONAL DEBE REUNIR CIERTAS CARACTERÍSTICAS. NOVEDOSO DISEÑO Y ACABADO DE ALTA CALIDAD QUE SATISFACE LAS NECESIDADES DE USO MÁS EXIGENTES. LA DUREZA DE SUS MATERIALES LO HACE EXTREMADAMENTE RESISTENTE ANTE CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS, COMO POR EJEMPLO EL FRÍO O LA HUMEDAD, Y CUMPLE CON LA CLASE DE PROTECCIÓN IP 54.</p> <p><b>CALIDAD PRUEBADA:</b> EL PRUEBADO SENSOR ELECTROQUÍMICO. DICHO SENSOR SE CARACTERIZA POR SUS ÓPTIMOS TIEMPOS DE RESPUESTA, ASÍ COMO POR SU PRECISIÓN Y DURABILIDAD. FUNCIONANDO EN TEMPERATURAS ENTRE -5 °C Y +50 °C, EL ANÁLISIS SIGUE SIENDO DE ABSOLUTA CONFIANZA. INCLUSO CON NIVELES DE ALCOHOL ELEVADOS, EL SENSOR PROPORCIONA RESULTADOS PRECISOS TANTO EN MEDICIONES ACTIVAS COMO PASIVAS.</p> <p><b>GRAN COMODIDAD DE MANEJO:</b> TODAS LAS FUNCIONES DE MEDICIÓN SE CONTROLAN CON UNA SOLA TECLA. LOS AVISOS DE TEXTO CLAROS Y FÁCILES DE ENTENDER, QUE APARECEN EN LA PANTALLA ILUMINADA DE GRAN TAMAÑO, LE GUÍAN CON EFICACIA A LA HORA DE REALIZAR LA MEDICIÓN DE ALCOHOL. UN INDICADOR LED TRICOLOR Y SEÑALES ACÚSTICAS REFUERZAN LOS MENSAJES DE LA PANTALLA Y AVISAN CUANDO LA MEDICIÓN HA ANALIZADO. HAY DOS BOTONES PARA LA NAVEGACIÓN Y EL REGISTRO DE DATOS ESTADÍSTICOS.</p> <p><b>DISEÑO ORIENTADO A LA PRÁCTICA:</b> DISEÑO ERGONÓMICO Y PRÁCTICO. FORMA COMPACTA QUE LO HACE ESPECIALMENTE MANEJABLE Y SE PUEDE UTILIZAR CON UNA SOLA MANO. LA BOQUILLA SE PUEDE ENCAJAR EN EL SOPORTE CORRESPONDIENTE DE UNA MANERA MUY INTUITIVA, INCLUSO EN LA OSCURIDAD, GRACIAS A SU CONTORNO. NO IMPORTA QUE LA PERSONA QUE LO MANEJE SEA DIERA O ZURDA, NI QUE LOS CONTROLES SE REALICEN EN VÍAS POR LAS QUE SE CONDUCE POR EL LADO DERECHO O IZQUIERDO. EL USUARIO TIENE LA PANTALLA A LA VISTA EN TODO MOMENTO. ASIMISMO, LA BOQUILLA SE PUEDE RETIRAR CON FACILIDAD Y DE FORMA HIGIÉNICA.</p> <p><b>BOQUILLA LATERAL "SLIDE N' CLICK":</b> EL ALCOHOLÍMETRO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LAS BOQUILLAS PATENTADAS DRÄGER QUE EVITAN CUALQUIER INTENTO DE MANIPULACIÓN. Y LA MAGNÍFICA VÁLVULA ANTIRRETORNO OPCIONAL QUE GARANTIZA UNA HIGIENE MÁXIMA.</p>	

*[Firma]*



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 18

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 3 DE 4
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25501	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO FUERA DE CUADRO  
BÁSICO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: ALCOHOLIMETRO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>PROCESAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO AMPLIADA QUE PUEDE PROTOCOLIZAR HASTA 5.000 RESULTADOS DE PRUEBAS. UNA INTERFAZ ÓPTICA PERMITE LA TRANSMISIÓN INALÁMBRICA IN SITU DE DATOS DIRECTAMENTE A LA IMPRESORA PORTÁTIL DRÄGER.</p> <p>ADEMÁS, LOS DATOS SE PUEDEN TRANSFERIR AL ORDENADOR VÍA PUERTO USB Y ESTA MISMA CONEXIÓN SE PUEDE UTILIZAR PARA CONFIGURAR EL EQUIPO.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE TENER HOMOLOGADOS LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ADEMÁS DE ASEGURAR QUE LAS HERRAMIENTAS Y LOS DEMÁS DISPOSITIVOS QUE SE REQUIEREN PARA SU USO SEAN COMPATIBLES CON LO QUE YA SE CUENTA EN ESTA DEPENDENCIA, SE SOLICITA QUE EL ALCOHOLIMETRO SEA DE LA MARCA DRÄGER.</p> <p>EL ALCOHOLIMETRO DEBEN TENER UNA GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO, ASÍ COMO SOPORTE TÉCNICO POR PARTE DEL PROVEEDOR.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA IMPRESORA</b></p> <p>DOCUMENTAR LOS RESULTADOS: LA IMPRESORA PORTÁTIL DRÄGER DOCUMENTA LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN DE LOS EQUIPOS DRÄGER ALCOTEST® 6820, DRÄGER ALCOTEST® 7510, DRÄGER ALCOTEST® 7410 PLUS / PLUS COM / PLUS RS Y DRÄGER DRUGTEST® 5000. ADEMÁS, PROTOCOLIZA LOS DATOS DE LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS POR LA BUMPTEST STATION A LOS DETECTORES DE GASES PORTÁTILES DRÄGER.</p> <p>TRANSFERENCIA INALÁMBRICA DE DATOS: LOS DATOS SE PUEDEN TRANSFERIR DEL DRÄGER ALCOTEST 6820 A LA IMPRESORA PORTÁTIL DRÄGER MEDIANTE TRANSMISIÓN ÓPTICA. EL DRÄGER DRUGTEST® 5000 Y EL DRÄGER ALCOTEST® 7510 UTILIZAN UNA INTERFAZ DE IR PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS.</p> <p>MANEJO SENCILLO: EL DISPOSITIVO SE PUEDE MANEJAR CON UN SOLO BOTÓN. EL CAMBIO DE PAPEL RESULTA IGUALMENTE SENCILLO. ADEMÁS, LA IMPRESORA PORTÁTIL DRÄGER ES UNA IMPRESORA TÉRMICA QUE NO REQUIERE CARTUCHOS DE TINTA, ASEGURANDO DE ESTE MODO UNOS COSTES REDUCIDOS.</p> <p>ESTABILIDAD DE LA IMPRESIÓN A LARGO PLAZO: PARA LAS IMPRESIONES SE UTILIZA PAPEL TÉRMICO DE ALTA CALIDAD, ESTABLE A LARGO PLAZO. EL USUARIO PUEDE ELEGIR ENTRE UN PAPEL CON ESTABILIDAD A 7 O 25 AÑOS.</p> <p>FUENTE DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLE: LA IMPRESORA PORTÁTIL DRÄGER FUNCIONA CON PILAS ALCALINAS O CON BATERÍAS RECARGABLES DE NiMH. LAS BATERÍAS SE PUEDEN RECARGAR ESTANDO DENTRO DEL EQUIPO, SIN NECESIDAD DE EXTRAERLAS.</p>	

GR/0



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría de Salud

SESVER  
Secretaría de Salud  
del Estado de Veracruz



VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

*Rengón 18*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 4 DE 4
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25501	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO FUERA DE CUADRO  
BÁSICO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: ALCOHOLÍMETRO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	ALMACENAMIENTO DE DATOS: PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS, ES POSIBLE CONECTAR EL DISPOSITIVO A UN PC Y UN TECLADO.	
	GARANTÍA DE 12 MESES	
ELABORÓ:	M.S.P. CYNTHIA ALARCÓN MORA- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES <i>Alarcón</i>	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE- SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA <i>Díaz del Castillo</i>	






**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

*Renglón 19*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25501	MARCA:
CANTIDAD: 122	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CAJAS CON BOQUILLAS

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	BOQUILLA "SLIDE N'CLICK" LA BOQUILLA EMBOLSADA INDIVIDUALMENTE ES DISEÑADA PARA COLOCARSE RÁPIDAMENTE, HIGIÉNICAMENTE Y DE FORMA SEGURA AÚN EN CONDICIONES DE POCAS LUZ. ADEMÁS, SU BOTÓN DE EXPULSIÓN FACILITA EL QUITAR LA BOQUILLA. UNA SALIDA DE AIRE, QUE NO PUEDE SER OBSTRUÍDA PREVIENE CUALQUIER MANIPULACIÓN CUANDO LA MUESTRA DE ALIENTO ES OBTENIDA. LA BOQUILLA TIENE UN DIAFRAGMA Y UNA ORIENTACIÓN QUE PROTEGE AL OPERADOR DE LA EXHALACIÓN DIRECTA DEL SUJETO. COMPATIBLES CON LA GAMA DE ALCOHOLÍMETROS DRÄGER ALCOTEST 5510, 6510, 6810 MED, 6820 Y 7510. TAMBIÉN SON COMPATIBLES CON EL ALCOHOLÍMETRO ALCODIGITAL 3000. CADA CAJA CONTIENE 100 BOQUILLAS SLIDE'N'CLICK GARANTÍA DE 18 MESES	122
ELABORÓ:	M.S.P. CYNTHIA ALARCÓN MORA - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 20

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25501	MARCA:
CANTIDAD: 7	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50613
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TERMÓMETRO PARA CONGELADOR

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	TERMÓMETRO PARA CONGELADOR DIGITAL CON PANTALLA LCD ELECTRÓNICA FÁCIL DE LEER QUE MIDA RANGO DE TEMPERATURA DE -20°C A 50°C RESISTENTE AL AGUA Y HUMEDAD CON BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO CON BOTÓN PARA SELECCIONAR ENTRE GRADOS CENTÍGRADO/FAHRENHEIT CON BOTÓN DE TEMPERATURA MÁXIMA/MÍNIMA DE MATERIAL PLÁSTICO FUNCIONA CON BATERÍAS CR2032 COLOR BLANCO O NEGRO GARANTÍA DE 18 MESES	7
		
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglon 21

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25501	MARCA:
CANTIDAD: 7	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50613
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TERMÓMETRO PARA REFRIGERADOR

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	TERMÓMETRO PARA REFRIGERADOR DIGITAL CON PANTALLA LCD ELECTRÓNICA FÁCIL DE LEER QUE MIDA RANGO DE TEMPERATURA DE -20°C A 60°C RESISTENTE AL AGUA Y HUMEDAD CON BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO CON BOTÓN PARA SELECCIONAR ENTRE GRADOS CENTIGRADO/FAHRENHEIT CON BOTÓN DE TEMPERATURA MÁXIMA/MÍNIMA DE MATERIAL PLÁSTICO FUNCIONA CON BATERÍAS CR2032 COLOR BLANCO O NEGRO GARANTIA DE 18 MESES	7
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN  
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Renglón 22

FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 080.074.2033	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50621
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO. INMUNOENZAYO (ELISA) DE TERCERA GENERACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA EL TRYPANOSOMA CRUZI EN SUERO HUMANO. CHAGATEK ELISA RECOMBINANTE ESTUCHE PARA MÍNIMO 96 PRUEBAS. SOLICITAR POR NÚMERO DE PRUEBAS. RTC.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>MÉTODO: ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO (ELISA) RECOMBINANTE PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-TRYPANOSOMA CRUZI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <p>TIPO DE ENSAYO: ELISA INDIRECTO ANTÍGENO: MEZCLA DE 6 ANTÍGENOS RECOMBINANTES CONSERVADOS DE FASES EPI Y TRIPOMASTIGOTE (SAPA, 1, 2, 13, 30 Y 36) MUESTRA: SUERO O PLASMA HUMANO CONJUGADO: ANTI-IGG MONOCLONAL/PEROXIDASA REVELADOR: TMB/H2O2 TIEMPO DE REACCIÓN: 120 MINUTOS LECTURA: MONOCROMÁTICA 450NM/ BICROMÁTICA 450/620-650NM PRESENTACIÓN: 96 DETERMINACIONES CÓDIGO: 1293257</p> <p>NORMA: LINEAMIENTOS DE VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS (TRIPANOSOMIASIS AMERICANA) MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES</p> 	1
ELABORÓ:	BIOL. ARTURO BAEZ HERNÁNDEZ - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	<i>rodriguez</i>



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz







ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCION DE SALUD PUBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Renglón 24

FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 25901	MARCA:
CANTIDAD: 402	MODELO:
CLAVE S.S.: 080.889.2533	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50612 CANTIDAD OFERTADA: 402

NOMBRE GENÉRICO: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR GLUCOSA EN SANGRE.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>3 TIRA REACTIVA, PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR CON LÍMITE DE MEDICIÓN EN GLUCÓMETRO HASTA 500 O 600 MG/DL. CON MEMBRANA HIDROFÍLICA IMPREGNADA CON ACTIVANTE QUÍMICO: GLUCOSA OXIDASA, CON REDUCTOR E INDICADOR O GLUCOSA DESHIDROGENASA. PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. ENVASE CON 25, 50 O 100 TIRAS. TATC. DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR CON LÍMITE DE MEDICIÓN EN GLUCÓMETRO HASTA 500 O 600 MG/DL CON MEMBRANA HIDROFÍLICA IMPREGNADA CON ACTIVANTE QUÍMICO: GLUCOSA OXIDASA, CON REDUCTOR E INDICADOR O GLUCOSA DESHIDROGENASA. PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. ENVASE CON 25, 50 O 100 TIRAS. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON REGISTRO SANITARIO CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES</p> 	402
ELABORÓ:	MSP. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
del Veracruz

VERA  
CRUZ

MEJORA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES

Renglon 25

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1/2
LICITACION	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27201	MARCA:
CANTIDAD: 50	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO. CHALECOS BALIZADOS

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>OPERATIVO ALCOHOLÍMETRO</p> <p>CHALECO BALIZADO</p> <p>-COLOR: BLANCO</p> <p>-TIPO DE TELA: OXFORD 300D / REVESTIMIENTO DE PU (NO MALLA/MESH)</p> <p>-BOLSAS: 2 BOLSAS TIPO CARGO AL FRENTE Y 2 BOLSAS LATERALES</p> <p>- 4 PARCHES BORDADOS DE 5CM X 3CM CADA UNO (SIN COSER A LA PREnda) ADHERIDOS CON VELCRO AL CHALECO EN LA PARTE FRONTAL, DEL LADO DERECHO, A LA ALTURA DEL PECHO, SEGÚN SE MUESTRA EN LA IMAGEN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DESENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2021-2030</li> <li>• STCONAPRA</li> <li>• SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO</li> <li>• COEPRa</li> </ul> <p>- 1 PARCHE BORDADO (COSIDO A LA PREnda) EN LA PARTE FRONTAL, DEL LADO IZQUIERDO CON LA BANDERA DE MÉXICO A LA ALTURA DEL PECHO, SEGÚN SE MUESTRA EN LA IMAGEN DE 10 X 5.5 CM.</p> <p>-1 PARCHE BORDADO (COSIDO A LA PREnda) EN LA ESPALDA, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE 14 X 10 CM .</p> <p>- CINTAS REFLEJANTES COLOR AMARILLO GRADO DIAMANTE DE DOS PULGADAS, SEGÚN SE INDICA EN LA IMAGEN.</p> <p>- SUBLIMAR LA FRASE "OPERATIVO ALCOHOLÍMETRO" (CON LETRA MAYÚSCULA TIPO VERDANA COLOR AZUL REY) CON VINIL REFLEJANTE EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PREnda SEGÚN SE ESPECIFICA DE 32 X 14 CM.</p> <p>- CORTE UNISEX</p> <p>- TALLAS Y CANTIDADES: 15CH, 20M Y 15G</p> <p>GARANTÍA 6 MESES</p>	50



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN  
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

*Renglón 25*

FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2/2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 27201	MARCA:
CANTIDAD: 50	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO. CHALECOS BALIZADOS

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ELABORÓ:	M.S.P. CYNTHIA ALARCÓN MORA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	






AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN  
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Renglón 26

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29201	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50612
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LLAVE DE PASO GRIFO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	LLAVE DE PASO GRIFO. LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO PARA TOMA DE AGUA MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE CON 2 MANILLAS CON 2 TIPOS DE CHORRO DE AGUA CUELLO FLEXIBLE CON GARANTÍA DE 12 MESES	4
		
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRYSYAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CEDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29501	MARCA:
CANTIDAD: 25	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50639
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ADAPTADOR SPIRETTE PARA FILTRO

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CAJA CON 50 PIEZAS ADAPTADOR PARA SPIRETTE. SE REQUIERE MUESTRA Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES	25
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

Gu




**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN  
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

*Renglon 28*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29501	MARCA:
CANTIDAD: 24	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50639
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BOQUILLA ESPIRETTÉ ESTÁNDAR DESECHABLE PARA ESPIRÓMETRO MODELO EASY ONE PC O EASY ONE AIR.

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	CAJA CON 50 PIEZAS BOQUILLA ESPIRETTÉ ESTANDAR DESECHABLE PARA ESPIRÓMETRO MODELO EASY ONE SE REQUIERE MUESTRA Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES	24
		
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	<i>Patricia J. Muñoz Flores</i>
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	<i>Jessica Kristal Ríos Mercadante</i>
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	<i>Guadalupe Díaz del Castillo Flores</i>



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN  
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29501	MARCA:
CANTIDAD: 1,308	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50639
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FILTRO INLINE SPIROGARD PARA EASY ONE O EASY ONE AIR.

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	FILTRO DE AIRE PARA ESPIRÓMETROS MICROGARD IIC. SE REQUIERE MUESTRA Y CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES	1,308
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



Reglón 30

FICHA TÉCNICA		
CEDULA DE DESCRIPCION	HOJA: 1 DE 1	
LICITACION	PROVEEDOR:	
PARTIDA: <b>32701</b>	MARCA:	
CANTIDAD: <b>1</b>	MODELO:	
CLAVE S.S. P020 - MJ040	CATALOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618, RAMO 12	
	CANTIDAD OFERTADA:	

LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL:  
CONTRATACIÓN DE CUENTA PREMIUM PARA VIDEOCONFERENCIAS DEL PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	<p>CUENTA PREMIUM PARA VIDEOCONFERENCIAS</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SESIONES DE SEMINARIOS WEB ILIMITADAS DE HASTA 30 HORAS CADA UNA</li> <li>- LISTAS EXPORTABLES DE INSCRITOS Y ASISTENTES</li> <li>- INTEGRACIONES DE CRM Y AUTOMATIZACIÓN DE MARKETING</li> <li>- MONETIZACIÓN MEDIANTE REGISTRO PAGO</li> <li>- TRANSMISIÓN EN VIVO</li> <li>- GRABACIONES EN LA NUBE</li> <li>- INFORMES DETALLADOS DE PARTICIPACIÓN DE LA AUDIENCIA</li> <li>- PLAN WEBINAR</li> <li>- VIGENCIA POR 1 AÑO</li> </ul>	1
ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS	
REVISÓ:	LIC. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA. - JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES.- DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN  
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

REnglón 31

CEDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33603	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS. DESCRIPCION ADICIONAL: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO TAMAÑO CARTA PAPEL BOND PESO: 90 GRAMOS TIRAJE C/100,000 PIEZAS IMPRESIÓN A COLOR IMPRESIÓN A UNA CARA IMPRESIÓN DE ACUERDO AL MODELO ANEXO GARANTÍA DE 6 MESES 	1
ELABORÓ: M.S.P. CYNTHIA ALARCON MORA - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES		
REVISÓ: DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES		
AUTORIZÓ: DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA		



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN  
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Renglón 33

FICHA TÉCNICA		
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1/2	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 51501	MARCA:	
CANTIDAD: 18	MODELO:	
CLAVE S.S.:	CATALOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50627	
	CANTIDAD OFERTADA:	
MINICOMPUTADORA		
DESCRIPCIÓN ADICIONAL: COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>COMPUTADORA ESCRITORIO MEDIO RENDIMIENTO WINDOWS</p> <p>FACTOR DE FORMA PEQUEÑO PROCESADOR INTEL CORE I7 - 6700 (QUAD CORE 3.40GHZ, 4.0GHZ TURBO, 8MB, W/HD GRÁFICOS 530).</p> <p>SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS O SUPERIOR.</p> <p>UDIMM DE 8 GB (1 X 8 GB) DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ O SUPERIOR.</p> <p>ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATA DE 2.5", 7 MM, 1 TB 7200 RPM.</p> <p>UNIDAD ÓPTICA DELGADA 8X (DVD+-R/RW).</p> <p>COMPARTIMIENTOS: (1) COMPARTIMIENTO INTERNO DE 3.5"; ADMITE (1) UNIDAD DE 3.5" O (2) UNIDADES DE 2.5"; (1) COMPARTIMIENTO ÓPTICO DELGADO EXTERNO.</p> <p>RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 GEN 3 DE ALTURA MEDIA 1 PCIE X4 GEN 3 DE ALTURA MEDIA 1 M.2 (22X80 MM) TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO P400, 2GB, 3MDP. RED ETHERNET RJ45.</p> <p>PUERTOS: 6 PUERTOS USB 2.0 (2 DELANTEROS, 2 INTERNOS, 2 TRASEROS) 6 PUERTOS USB 3.0 (2 DELANTEROS, 4 TRASEROS)</p> <p>1 FICHA DE AUDIO UNIVERSAL 1 LECTOR DE TARJETA SD INTERNO (OPCIONAL) 3 SATA DE 6 GB/S 2 PS2 2 DISPLAYPORT 1 HDMI 1 CONECTOR DE RED RJ45 1 SERIAL 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO 1 CONECTOR VGA (OPCIONAL)</p> <p>FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PSU CON 92% DE EFICIENCIA Y 240 W (CERTIFICACIÓN PLATINUM 80PLUS) CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR.</p>	18

Nota: la presente ficha técnica no supone el Visto Bueno al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E.núm.ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN  
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Renglón 33

FICHA TÉCNICA		
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	2/2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 51501	MARCA:	
CANTIDAD: 18	MODELO:	
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50627	
	CANTIDAD OFERTADA:	
MINICOMPUTADORA		
DESCRIPCIÓN ADICIONAL: COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>PSU CON 85% DE EFICIENCIA Y 180W (CERTIFICACIÓN BRONZE 80PLUS) CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR.</p> <p>MONITOR DE 22 PULGADAS LED.</p> <p>MOUSE Y TECLADO EN ESPAÑOL USB, AMBOS DE LA MISMA MARCA DEL CPU.</p> <p>CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.</p> <p>EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD O CD DE RECUPERACIÓN.</p> <p>3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO EL MONITOR. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL O UN 01 800.</p> <p>EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.</p>	
ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSYAL RIOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES/ M.S.P. CYNTHIA ALARCON MORA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	LIC. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA-JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

Nota: la presente ficha técnica no supone el Visto Bueno al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E.núm.ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).







AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Renglón 34

FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50613
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: REFRIGERADOR DE COCINA DESCRIPCION ADICIONAL: REFRIGERADOR DE 11 PIES CUBICOS DE ACERO INOXIDABLE

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>CAPACIDAD DE 11 PIES CUBICOS INCLUYENDO CONGELADOR</p> <p>CONGELADOR COLOCADO EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR DEL REFRIGERADOR</p> <p>CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 °C COMO INTERVALO DE CONTROL.</p> <p>FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42 GRADOS CENTÍGRADOS.</p> <p>DE ACERO INOXIDABLE</p> <p>EL INSUMO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-015-ENER-2012</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	1
ELABORÓ:	M.S.P MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

ÁREA SOLICITANTE:

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA / SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Renglon 35

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52101	MARCA:
CANTIDAD: 33	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORÍGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>CARACTERISTICAS:</p> <p>BOCINAS RECARGABLES DE 8 PULGADAS</p> <p>MEDIDAS DE BOCINAS: 25 CM DE FRENTE x 39 CM DE ALTO x 20 CM DE FONDO</p> <p>ILUMINACION LUZ LED EN BOCINAS</p> <p>POTENCIA 8000W PMPO</p> <p>BLUETOOTH HASTA 10 METROS</p> <p>BATERIA RECARGABLE 3.7 vcc 1800 mAh</p> <p>RADIO FM</p> <p>ENTRADA USB</p> <p>ENTRADA MICRO SD</p> <p>ENTRADA AUXILIAR PLUG 3.5</p> <p>ENTRADA AUXILIAR PLUG 6.3</p> <p>TECNOLOGIA CONNECT CONECTA 2 BAFLES VIA INALAMBRICA</p> <p>FUNCION REC GRABA EN MEMORIAS USB</p> <p>GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA EN SUS COMPONENTES</p> <p>INCLUYE:</p> <p>2 BOCINAS</p> <p>2 TRIPIES</p> <p>2 CONTROLES REMOTO (SENDOR DELANTERO)</p> <p>2 MICROFONOS ALAMBRICOS</p> <p>2 CABLE DE CARGA USB</p> <p>1 MANUAL DEL USUARIO</p> <p>TRIPIES:</p> <p>FABRICADO EN ACERO CON UN TUBO DE 2,2 / 2,5CM DE DIAMETRO</p> <p>ALTURA AJUSTABLE HASTA 83,5 CM</p> <p>GOMAS ANTIDERRAPANTES QUE APORTAN ESTABILIDAD Y SOPORTE</p>	33



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz

**VERA**  
**CRUZ**  
ME LLENA DE ORGULLO

**ÁREA SOLICITANTE:**



**DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA / SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

*Renglón 35*

**FICHA TÉCNICA**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52101	MARCA:
CANTIDAD: 33	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORÍGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)



ELABORÓ:	L.N. MICHELLE FERNÁNDEZ MOCTEZUMA - JEFA DE DEPTO. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

*Renglón 36*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 8
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANIQUIES PARA CAPACITACIÓN  
INSUMOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA PRIMEROS RESPONDIENTES, (1 KIT DE MANIQUÍES PARA RCP DE ALTA EFECTIVIDAD, 10 TORNIQUETE PARA CONTENCIÓN DE HEMORRAGIAS MASIVAS, 15 RESUCITADOR MANUAL, ETC.).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>EL KIT DE INSUMOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA PRIMEROS RESPONDIENTES INCLUYE:</p> <p>A) 1 KIT DE MANIQUÍES DE RCP DE ALTA EFECTIVIDAD</p> <p>ESTE CONTIENE DOS PAQUETES DE MANIQUIES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</p> <p><u>EL PRIMERO INCLUYE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MANIQUÍES PROFESIONALES PRESTAN DE ADULTO CON RETROALIMENTACIÓN DE RCP</li> <li>• 2 MANIQUÍES PROFESIONALES DE BEBÉ PRESTAN CON RETROALIMENTACIÓN DE RCP</li> <li>• 2 PRESTAN AED ULTRATRAINERS</li> <li>• 20 PROTECTOR FACIAL/PULMÓN PARA ADULTOS PRESTAN</li> <li>• 20 PROTECTOR FACIAL/PULMÓN PARA BEBÉS PRESTAN</li> <li>• ESTUCHE DE LUJO</li> <li>• HOJA DE INSTRUCCIONES E INSTRUCCIONES DE EMBALAJE</li> <li>• VÁLVULAS DE ENTRENAMIENTO PAQUETE DE 50 - PRESTAN</li> <li>• PAQUETE DE MASCARILLAS DE ENTRENAMIENTO SIN VÁLVULA PARA ADULTO Y NIÑOS PAQUETE DE 10 - WORLDPOINT</li> </ul> <p>PRESTAN PROFESSIONAL MANIQUÍ ADULTO CON MONITOR DE RCP: ESTE MANIQUÍ ADULTO PERMITE A LOS ESTUDIANTES MEDIR SU PROPIA TASA DE COMPRESIÓN MIENTRAS PRACTICAN LA RCP. EL MONITOR SE BASA EN LAS DIRECTRICES DE LA AMERICAN HEART ASSOCIATION 2015 PARA RCP Y ECC Y PERMITE A LOS INSTRUCTORES GUIAR A VARIOS ESTUDIANTES A LA VEZ.</p>	1



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

*Renglón 36*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 8
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANIQUIES PARA CAPACITACIÓN

INSUMOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA PRIMEROS RESPONDIENTES, (1 KIT DE MANIQUÍES PARA RCP DE ALTA EFECTIVIDAD, 10 TORNIQUETE PARA CONTENCIÓN DE HEMORRAGIAS MASIVAS, 15 RESUCITADOR MANUAL, ETC.).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>PRESTAN PROFESSIONAL MANIQUÍ INFANTE CON MONITOR DE RCP: EL MONITOR DE FRECUENCIA DE RCP CON CUATRO LUCES BRILLANTES EN EL ABDOMEN PERMITE A LOS ESTUDIANTES VER CUÁNDO HAN ALCANZADO LA TASA ADECUADA DE COMPRESIONES, Y FACILITA A LOS INSTRUCTORES VERIFICAR DE MANERA RÁPIDA Y PRECISA EL PROGRESO DE VARIOS ESTUDIANTES.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS DE MANIQUIES ADULTO Y BEBÉ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- INCLINACIÓN DE LA CABEZA / ELEVACIÓN DEL MENTÓN, ELEVACIÓN DEL PECHO Y PUNTOS DE REFERENCIA ANATÓMICOS</li> <li>- CLICKER DE COMPRESIÓN</li> <li>- NUEVO Y MEJORADO MONITOR DE RCP CON INDICADORES LUMINOSOS</li> <li>- UNA LUZ ROJA INDICA MENOS DE 60 COMPRESIONES POR MINUTO.</li> <li>- UNA LUZ AMARILLA SE ILUMINA CUANDO LA FRECUENCIA ES DE 60 A MENOS DE 80 COMPRESIONES POR MINUTO.</li> <li>- SE ENCIENDE UNA LUZ VERDE CUANDO EL ESTUDIANTE ADMINISTRA 80 A MENOS DE 100 COMPRESIONES POR MINUTO.</li> <li>- DOS LUCES VERDES LES INDICAN A LOS ESTUDIANTES QUE HAN ALCANZADO ENTRE 100 Y 119 COMPRESIONES POR MINUTO, Y PERMANECEN ENCENDIDAS PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A MANTENER ESA TASA.</li> <li>- DOS LUCES VERDES Y UNA LUZ AMARILLA INTERMITENTE INDICAN QUE EL ESTUDIANTE HA ALCANZADO MÁS DE 120 COMPRESIONES POR MINUTO Y NECESITA REDUCIR LA VELOCIDAD.</li> </ul>	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

*Renglón 36*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 3 DE 8
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANIQUIES PARA CAPACITACIÓN  
INSUMOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA PRIMEROS RESPONDIENTES, (1 KIT DE MANIQUÍES PARA RCP DE ALTA EFECTIVIDAD, 10 TORNIQUETE PARA CONTENCIÓN DE HEMORRAGIAS MASIVAS, 15 RESUCITADOR MANUAL, ETC.).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VÍAS RESPIRATORIAS DESECHABLES</li> <li>- SIN LÁTEX</li>   <li>PRESTAN AED ULTRATRAINER: LOS INSTRUCTORES PUEDEN PERSONALIZAR SUS CLASES DE ENTRENAMIENTO CON OPCIONES PARA ACTIVAR O DESACTIVAR EL METRÓNOMO DE COMPRESIÓN Y/O EL MENSAJE DE VOZ "DAR RESPIRACIONES".</li>   <li>ESTA UNIDAD COMPACTA Y LIVIANA BRINDARÁ A LOS ESTUDIANTES UNA EXPERIENCIA DE ENTRENAMIENTO REALISTA CON ALMOHADILLAS DE ENTRENAMIENTO QUE PERCIBEN CUANDO SE COLOCAN EN UN MANIQUÍ.</li>   <li>CONTIENE</li> <li>• ALMOHADILLAS DE ENTRENAMIENTO CON DOBLE GRÁFICO (ADULTO / NIÑO)</li> <li>• SISTEMA DE DETECCIÓN DE ALMOHADILLA</li> <li>• ALMOHADILLAS PRECONECTADAS</li> <li>• BOTÓN DE ENTRENAMIENTO INFANTIL</li> <li>• INDICACIONES DE VOZ ESPECÍFICAS PARA NIÑOS DEA</li> <li>• SIMULACIÓN DE CHOQUE AUTOMÁTICA O SEMIAUTOMÁTICA</li> <li>• ENTRENAMIENTO DE RCP, MENSAJE DE VOZ "PROPORCIONE RESPIRACIÓN"</li> <li>• ACTIVA O DESACTIVA EL METRÓNOMO DE COMPRESIÓN</li> <li>• ACTIVA O DESACTIVA LAS INDICACIONES DE "PROPORCIONE RESPIRACIÓN"</li> <li>• ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA</li> <li>• CUMPLE CON LAS PAUTAS DE 2015 Y ACTUALIZABLE</li> <li>• BOTÓN DE REPRODUCCIÓN / PAUSA 5 ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO</li> <li>• CADA UNIDAD DE DEA INCLUYE:</li> <li>- CONJUNTO DE ALMOHADILLAS PARA ADULTOS / NIÑOS</li> </ul>	

*GL  
W6*



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES**


**FICHA TÉCNICA**

*Renglón 36*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 4 DE 8
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANIQUIES PARA CAPACITACIÓN

INSUMOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA PRIMEROS RESPONDIENTES, (1 KIT DE MANIQUÍES PARA RCP DE ALTA EFECTIVIDAD, 10 TORNIQUETE PARA CONTENCIÓN DE HEMORRAGIAS MASIVAS, 15 RESUCITADOR MANUAL, ETC.).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BOTONES DE CONECTOR DE ALMOHADILLA EXTRA</li> <li>- INSTRUCCIONES</li> <li>- BOLSA DE TRANSPORTE</li> </ul> <p>GARANTÍA DE TRES AÑOS DEL FABRICANTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O MATERIALES</p>  <p><b><u>EL SEGUNDO INCLUYE:</u></b></p> <p>MANIQUÍS DE RCP LITTLE FAMILY PACK ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL ( LITTLE ANNE QCPR, LITTLE JUNIOR QCPR Y BABY ANNE QCPR )</p> <p>TODOS ELLOS CON (CONTROL DE COMPRESIÓN DEL PECHO MEDIANTE CLIC AUDIBLE Y BLUETOOTH PARA MONITORIZACIÓN REMOTA DE LAS MANIOBRA MEDIANTE DESCARGA DE APP GRATUITA ).</p>	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglon 36

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 5 DE 8
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANIQUIES PARA CAPACITACIÓN

INSUMOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA PRIMEROS RESPONDIENTES, (1 KIT DE MANIQUÍES PARA RCP DE ALTA EFECTIVIDAD, 10 TORNIQUETE PARA CONTENCIÓN DE HEMORRAGIAS MASIVAS, 15 RESUCITADOR MANUAL, ETC.).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>EL KIT INCLUYE 1 MALETÍN BLANDO CON RUEDAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO. 1 MANIQUÍ QCPR LITTLE ANNE CON 2 VÍAS RESPIRATORIAS, 2 MASCARILLAS FACIALES, 1 CHAQUETA DE CHÁNDAL, 6 TOALLITAS DESINFECTANTES E INSTRUCCIONES DE USO. 1 MANIQUÍ QCPR LITTLE JUNIOR CON 2 VÍAS RESPIRATORIAS, 2 MASCARILLAS FACIALES, 1 CHAQUETA DE CHÁNDAL, 6 TOALLITAS DESINFECTANTES E INSTRUCCIONES DE USO. 1 MANIQUÍ QCPR LITTLE BABY CON 6 VÍAS RESPIRATORIAS, 1 MASCARILLA FACIAL E INSTRUCCIONES. 3 ALFOMBRAS PARA LA HIGIENE DE SUS MANIQUÍES Y EL CONFORT DE SUS ALUMNOS.</p> <p>GARANTÍA DE TRES AÑOS DEL FABRICANTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O MATERIALES</p> 	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

*Renglón 36*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 6 DE 8
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANIQUIES PARA CAPACITACIÓN  
INSUMOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA PRIMEROS RESPONDIENTES, (1 KIT DE MANIQUÍES  
PARA RCP DE ALTA EFECTIVIDAD, 10 TORNIQUETE PARA CONTENCIÓN DE HEMORRAGIAS  
MASIVAS, 15 RESUCITADOR MANUAL, ETC.).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p><b>B) 10 TORNIQUETES PARA CONTECIÓN DE EMORRAGIAS MASIVAS</b></p> <p>NOMBRE: TORNIQUETE MILITAR MATERIAL: CINTURÓN DE NYLON + VELCRO + BOTÓN DE PLÁSTICO DE NYLON TAMAÑO: LONGITUD DESPLEGADA ES DE UNOS 100 CM PESO: 74 GRAMOS TAMAÑO DEL EMBALAJE: 16 * 8 * 4 CM USOS: SE USA PARA HEMOSTASIA DE HEMORRAGIA VASCULAR EN LAS EXTREMIDADES DE LOS HERIDOS, PRIMEROS AUXILIOS PARA LA LÍNEA DE INUNDACIÓN Y TAMBIÉN SE USA PARA PRIMEROS AUXILIOS PREHOSPITALARIOS.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TORNIQUETE CAT, TORNIQUETE DE TIPO GIRATORIO, TORNIQUETE DE EMERGENCIA DE LA ARTERIA TÁCTICA, OPERACIÓN CON UNA SOLA MANO, RÁPIDA Y PRÁCTICA, ABRASIONES ACCIDENTALES, CORTES, BUENA HEMOSTASIA</li> <li>• VERDADERO TORNIQUETE DE UNA MANO CON FUERZAS DE OPERACIONES REGULARES Y ESPECIALES.</li> <li>• 100% DE BLOQUEO EFECTIVO DEL FLUJO SANGUÍNEO EN LOS MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES</li> <li>• CONTROLAR RÁPIDAMENTE EL SANGRADO FINAL QUE AMENAZA LA VIDA</li> <li>• ASISTENCIA MÉDICA, TÁCTICA.</li> <li>• SANGRADO ARTERIAL / EXTRACCIÓN DE SANGRE.</li> <li>• FÁCIL DE LIMPIAR Y REUTILIZABLE.</li> </ul> <p>EL PAQUETE INCLUYE:</p> <p>10 PIEZAS 1 MANUAL DE USUARIO</p>	





**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

*Renglón 36*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 7 DE 8
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANIQUIES PARA CAPACITACIÓN

INSUMOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA PRIMEROS RESPONDIENTES, (1 KIT DE MANIQUÍES PARA RCP DE ALTA EFECTIVIDAD, 10 TORNIQUETE PARA CONTENCIÓN DE HEMORRAGIAS MASIVAS, 15 RESUCITADOR MANUAL, ETC.).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<i>36</i>	<p><b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>  ESTE DISPOSITIVO DEBE INCLUIR MASCARA FACIAL, VÁLVULA PEEP, BOLSA DE DEPÓSITO/BOLSA RESERVORIO DE OXÍGENO Y SU TUBO DE CONEXIÓN A UNA FUENTE DE OXÍGENO. LO ANTERIOR EN SUS PRESENTACIONES ADULTO, PEDIÁTRICO Y LACTANTE.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b>  100% LIBRE DE LÁTEX, REANIMACIÓN MANUAL DE PVC, REANIMACIÓN RESPIRATORIA. LA MÁSCARA DE REANIMACIÓN RESPIRATORIA ESTÁ ESPECIALMENTE EQUIPADA PARA AMBULANCIAS. ADECUADO PARA ENTRENAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS, AMBULANCIA CON BALÓN DE REANIMACIÓN ARTIFICIAL. MÁSCARA DE PVC TRANSPARENTE, FORMA PERFECTA ADHERENCIA A LA CARA DEL PACIENTE. ESTRUCTURA SIMPLE, OPERACIÓN CONVENIENTE, FÁCIL DE TRANSPORTAR.</p>	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 36

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 8 DE 8
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANIQUIES PARA CAPACITACIÓN  
INSUMOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA PRIMEROS RESPONDIENTES, (1 KIT DE MANIQUÍES  
PARA RCP DE ALTA EFECTIVIDAD, 10 TORNIQUETE PARA CONTENCIÓN DE HEMORRAGIAS  
MASIVAS, 15 RESUCITADOR MANUAL, ETC.).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ELABORÓ:	M.S.P. CYNTHIA ALARCON MORA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRYSYAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES



FICHA TÉCNICA

Renglón 37

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 9
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO INFANTIL PARA EXTERIORES

KIT PARA SENSIBILIZACIÓN INCLUYE: (LENTES DE SIMULADOR DE CONDUCCIÓN INTERACTIVO, 3 CARROS DE PEDALES ADULTO, 3 CARROS DE PEDALES NIÑO, 1 TAPETE INTERACTIVO, 1 CARPA PROMOCIONAL, ETC).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p><b>KIT PARA SENSIBILIZACIÓN INCLUYE:</b></p> <p><b>A) 1 TAPETE INTERACTIVO QUE CONSTA DE:</b></p> <p><b>I) UN TAPETE INTERACTIVO</b> DE ACTIVIDADES AL CONDUCIR DE VINILO DE 10 M X 10 M 180Z, TIENE DIBUJOS A UN LADO QUE REPRESENTAN UN ENTORNO URBANO/SUBURBANO CON CALLES, PASOS DE PEATONES, CRUCES DE FERROCARRIL Y OTROS LUGARES COMUNES DE LA CIUDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA CARRETERA.</p>  <p><b>II) 4 CONOS VIALES</b> FABRICADOS EN PVC FLEXIBLE CON LA CAPACIDAD DE RECUPERAR TOTALMENTE SU FORMA ORIGINAL DESPUÉS DE SER ATROPELLADOS, BASE ESPECIAL PARA PROPORCIONARLES ESTABILIDAD EN CONDICIONES DE LLUVIA O VIENTO, COLOR NARANJA FLUORESCENTE ALTAMENTE VISIBLE CON 1 BANDA DE REFLEJANTE CON PROTECCIÓN U.V. MEDIDAS: BASE: 26.5 CM. POR LADO. ALTO: 45.0 CM. (15");</p> 	1



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría de Salud

SESVER  
Secretaría de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 37

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 9
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO INFANTIL PARA EXTERIORES

KIT PARA SENSIBILIZACIÓN INCLUYE: (LENTES DE SIMULADOR DE CONDUCCIÓN INTERACTIVO, 3 CARROS DE PEDALES ADULTO, 3 CARROS DE PEDALES NIÑO, 1 TAPETE INTERACTIVO, 1 CARPA PROMOCIONAL, ETC).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>III) 16 SEÑALES DE VIALIDAD PARA CIRCUITO EDUCATIVO DE 33CM. DE POLIPROPILENO EN VINILO ESPECIAL PARA SEÑALIZACIÓN (1 DE ESTACIONAMIENTO PERMITIDO, 1 DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO, 2 DE ALTO, 2 DE VUELTA A LA IZQUIERDA, 2 DE VUELTA A LA DERECHA, 2 DE PASO PEATONAL, 1 DE DISCAPACITADO, 1 DE CEDA EL PASO, 1 DE HOSPITAL, 1 DE CICLISTAS EN LA VÍA, 1 DE PASO DE ESCOLARES, 1 DE LÍMITE DE VELOCIDAD 10 KM/HR); , CON BASE PARA ENSAMBLAR EN POSTE QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA</p>  <p>IV) 2 SEMAFOROS DE VIALIDAD PARA CIRCUITO EDUCATIVO DE 60 CM DE LARGO X 37 CM DE ANCHO, DE POLIPROPILENO EN VINILO ESPECIAL PARA SEÑALIZACIÓN, CON CIRCULOS DE COLOR ROJO, AMBAR Y VERDE (15.5 CM DE DIAMETRO, RECORTE SIN REBASE), DESMONTABLES (QUITA Y PON) CON IMANES O VELCRO, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS NIÑOS PUEDAN CAMBIAR LAS LUCES DEL SEMAFORO, CON BASE PARA ENSAMBLAR EN POSTE QUE SE DETALLA EN EL INCISO F.</p> 	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
del Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES



FICHA TÉCNICA

Benglin 37

CEDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 3 DE 9
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO INFANTIL PARA EXTERIORES

KIT PARA SENSIBILIZACIÓN INCLUYE: (LENTES DE SIMULADOR DE CONDUCCIÓN INTERACTIVO, 3 CARROS DE PEDALES ADULTO, 3 CARROS DE PEDALES NIÑO, 1 TAPETE INTERACTIVO, 1 CARPA PROMOCIONAL, ETC.).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>V) 2 SEMAFOROS DE VIALIDAD PARA CIRCUITO EDUCATIVO DE 40 CM DE LARGO X 37 CM DE ANCHO, DE POLIPROPILENO EN VINILO ESPECIAL PARA SEÑALIZACIÓN DE PASO PEATONAL, CON CIRCULOS DE COLOR ROJO , Y VERDE (15.5 CM DE DIAMETRO, RECorte SIN REBASE), DESMONTABLES (QUITA Y PON) CON IMANES O VELCRO, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS NIÑOS PUEDAN CAMBIAR LAS LUCES DEL SEMAFORO, CON BASE PARA ENSAMBLAR EN POSTE QUE SE DETALLA EN INCISO F.</p> 	
	<p>VI) 20 POSTES DESMONTABLE DE 1.15M DE ALTURA FABRICADO EN PVC;</p> 	
	<p>VII) 20 BASES EN CRUCETA FABRICADO EN PVC, PARA ENSABLAR LOS POSTEN ANTERIORMENTE DESCRITOS EN EL INCISO F</p>	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglon 37

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 4 DE 9
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATALOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO INFANTIL PARA EXTERIORES

KIT PARA SENSIBILIZACIÓN INCLUYE: (LENTES DE SIMULADOR DE CONDUCCIÓN INTERACTIVO, 3 CARROS DE PEDALES ADULTO, 3 CARROS DE PEDALES NIÑO, 1 TAPETE INTERACTIVO, 1 CARPA PROMOCIONAL, ETC).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p><b>B) 3 CARROS DE PEDALES PARA NIÑO (TRICICLO)</b></p> <p>CUADRO Y EJE DE ACERO SOLDADO HACIENDO UN VEHÍCULO RESISTENTE Y DURADERO. MANILLAR CON DISEÑO MX Y PUÑOS DE GOMA. PEDALES SOBRE MANIVELA COMPUESTA. RUEDA DELANTERA DE ALTA RESISTENCIA CON NEUMÁTICO ANTIPINCHAZOS. DISEÑADO PARA USUARIOS DE 5 AÑOS Y MÁS Y HASTA 72 KG DE PESO. COLOR: AZUL TAMAÑO: UNA TALLA MATERIAL: CAUCHO PESO DEL PRODUCTO: 15 LIBRAS DIMENSIONES DEL ARTÍCULO LARGO X ANCHO X ALTO: 62.2 X 64.8 X 100.3 CENTÍMETROS REQUIERE ENSAMBLAJE: NO</p> 	
	<p><b>B) 3 CARROS DE PEDALES PARA ADULTO</b></p> <p>MARCO DE DOS PIEZAS DE ACERO SOLDADAS CON AMPLIO EJE POSTERIOR. BARRA LISA ESTILO MOTOCICLETA NEUMÁTICO FRONTAL GRANDE DE 508 MM POSTERIOR DE 254 MM DE DIÁMETRO ESTILO CARRO. AGARRADERA ESTILO PROFESIONAL DE GOMA SUAVE FRENO ESTILO V ESTILO MOTOCICLETA CON DOBLE PINZA ASENTITO ENVOLVENTE AJUSTABLE PEDALES DE PLATAFORMA ESTILO BMX MÁXIMO: 90 KG EDAD: 14+ PESO DEL PRODUCTO: 8.8 KILOGRAMOS DIMENSIONES DEL ARTÍCULO LARGO X ANCHO X ALTO: 90.2 X 77.2 X 141.2 CENTÍMETROS REQUIERE ENSAMBLAJE: SÍ COLOR: AMARILLO</p>	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



VERA  
CRUZ  
ME LINHA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglon 37

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 5 DE 9
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO INFANTIL PARA EXTERIORES

KIT PARA SENSIBILIZACIÓN INCLUYE: (LENTES DE SIMULADOR DE CONDUCCIÓN INTERACTIVO, 3 CARROS DE PEDALES ADULTO, 3 CARROS DE PEDALES NIÑO, 1 TAPETE INTERACTIVO, 1 CARPA PROMOCIONAL, ETC).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	 <b>D) CARPA PROMOCIONAL</b> MEDIDA 2X4 METROS COLOR BLANCO REQUIERE ENSAMBLAJE: SÍ ESTRUCTURA DE ACERO CON PAREDES DE POLIESTER <b>E) LENTES SIMULADOR DE CONDUCCIÓN INTERACTIVO (PAQUETE STARTER TVL ) QUE INCLUYE:</b> 6 GOGGLES TRANSPARENTES (ETIQUETA AZUL, BLANCA, BRONCE, ROJA, PLATEADA Y NEGRA). - PAQUETE DE LENTES TVL. - 1 ROLLO DE CINTA NEGRA Y AMARILLA PARA CAMINAR EN LÍNEA RECTA. - ESTUCHE FATAL VISION®. - 6 BOLSAS DE TELA FATAL VISION®. - PAÑO DE LIMPIEZA. - GUÍA DEL PROGRAMA FATAL VISION® EN CD.  <b>F) SILLA PLEGABLE</b> 2 SILLAS PLEGABLES MEDIDAS DE SILLA (LARGO X ANCHO X ALTO): 53.2 x 48.3 x 85.5 CM. COLOR: BLANCO. MATERIAL DE SILLA: ACERO, PVC.	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglon 37

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 6 DE 9
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO INFANTIL PARA EXTERIORES

KIT PARA SENSIBILIZACIÓN INCLUYE: (LENTE DE SIMULADOR DE CONDUCCIÓN INTERACTIVO, 3 CARROS DE PEDALES ADULTO, 3 CARROS DE PEDALES NIÑO, 1 TAPETE INTERACTIVO, 1 CARPA PROMOCIONAL, ETC).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
G) MESA PLEGABLE	<p>1 MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO PLEGABLE: SI PATAS ABATIBLES FORMA: RECTANGULAR COLOR: BLANCO REQUIERE ENSAMBLAJE: NO MATERIAL: HIERRO Y PLÁSTICO MEDIDAS: LARGO X ANCHO X ALTURA 180 CM X 71 CM X 71 CM SOPORTA: HASTA 150 KG PATAS DE ACERO INOXIDABLE PINTURA ANTICORROSIVA</p> 	
H) CONOS DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO	<p>12 CONOS DE PLÁSTICO COLOR: NARANJA ALTURA: 5.8 PULGADAS LONGITUD: 13.3 PULGADAS PESO: 1.95 LIBRAS ANCHO: 7.6 PULGADAS</p> 	
I) MÓDULO PROMOCIONAL	<p>1 MÓDULO PROMOCIONAL ESPECIFICACIONES: DEMO STAND PORTATIL CON BOLSA DE TRANSPORTE -PORTABLE: PESA SOLO 5 KG -RESISTENTE: CUENTA CON UNA ESTRUCTURA DE TUBOS Y MESA DE MDF MELAMINICO QUE SOPORTA HASTA 30 KG -LIMPIEZA FÁCIL: POR SU ESTRUCTURA PLÁSTICA, SE PUEDE LIMPIAR CON UNA FRANELA HÚMEDA MEDIDAS. ALTO: 2 METROS ALTURA DE LA MESA: 83 CM ANCHO: 73 CM FONDO: 40 CM PESO. 5 KG</p> 	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES



FICHA TÉCNICA

Renglón 37

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 7 DE 9
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO INFANTIL PARA EXTERIORES

KIT PARA SENSIBILIZACIÓN INCLUYE: (LENTES DE SIMULADOR DE CONDUCCIÓN INTERACTIVO, 3 CARROS DE PEDALES ADULTO, 3 CARROS DE PEDALES NIÑO, 1 TAPETE INTERACTIVO, 1 CARPA PROMOCIONAL, ETC).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p><b>J) KIT DE SEÑALAMIENTOS VIALES</b>  1 KIT DE SEÑALAMIENTOS VIALES  ESPECIFICACIONES  •INCLUYE 25 PIEZAS Y UN SEMÁFORO DE TRABAJO: 5 SEÑALES DE ADVERTENCIA (PARADA, CRUCE PEATONAL, SIN ENTRADA, OBRAS DE CARRETERA, ZONA DE 30 MPH), PLACAS DE 5 PIES, 10 BARRAS, 5 ENCHUFES DE CONEXIÓN  •CUENTA CON LUZ LED DE TRÁFICO QUE CAMBIA DE COLOR  •FUNCIONA CON 3 PILAS AAA (NO INCLUIDAS), FÁCIL DE MONTAR  •DIMENSIONES: APROXIMADAMENTE 32 PULGADAS DE ALTURA CUANDO ESTÁ MONTADO</p> 	
	<p><b>K) TAPETE DE DESAFÍOS</b>  1 TAPETE DE DESAFÍOS  TAPETE QUE PERMITA REALIZAR UNA ACTIVIDAD CRONOMETRADA QUE IMPlica COINCIDIR Y COLOCAR FIGURAS SIMPLES RELACIONADAS CON SEÑALAMIENTOS DE TRÁFICO INICIALMENTE SIN Y DESPUÉS CON EL EFECTO INCAPACITANTE DE GOGGLES SIMULADORES DEL ESTADO DE EBRIEDAD.  INCLUYE:  TAPETE DESAFÍO DE IMPEDIMENTOS.  FIGURAS.  CRONÓMETRO DIGITAL.  BOLSA DE TRANSPORTE  MANUAL DEL USUARIO.  GOGGLES SIMULADORES DEL ESTADO DE EBRIEDAD (ETIQUETA PLATEADA).</p> 	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
SERVICIOS DE SALUD  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

VERA  
CRUZ  
FAC ILLENA DE DROULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglon 37

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 8 DE 9
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO INFANTIL PARA EXTERIORES

KIT PARA SENSIBILIZACIÓN INCLUYE: (LENTES DE SIMULADOR DE CONDUCCIÓN INTERACTIVO, 3 CARROS DE PEDALES ADULTO, 3 CARROS DE PEDALES NIÑO, 1 TAPETE INTERACTIVO, 1 CARPA PROMOCIONAL, ETC).

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p><b>L) CHALECOS BALIZADOS SENSIBILIZACIÓN</b>  50 CHALECOS BALIZADOS  - COLOR: AZUL MARINO  - TIPO DE TELA: OXFORD 300D / REVESTIMIENTO DE PU (NO MALLA/MESH)  - BOLSAS: 2 BOLSAS TIPO CARGO AL FRENTE Y 2 BOLSAS LATERALES  - 4 PARCHES BORDADOS DE 5CM X 3CM CADA UNO (SIN COSER A LA PRENDA) ADHERIDOS CON VELCRO AL CHALECO EN LA PARTE FRONTAL, DEL LADO DERECHO, A LA ALTURA DEL PECHO, SEGÚN SE MUESTRA EN LA IMAGEN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DESENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2021-2030</li> <li>• STCONAPRA</li> <li>• SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO</li> <li>• COEPR</li> </ul> <p>- 1 PARCHE BORDADO (COSIDO A LA PRENDA) EN LA PARTE FRONTAL, DEL LADO IZQUIERDO CON LA BANDERA DE MÉXICO A LA ALTURA DEL PECHO, SEGÚN SE MUESTRA EN LA IMAGEN DE 10 X 5.5 CM.</p> <p>- 1 PARCHE BORDADO (COSIDO A LA PRENDA) EN LA ESPALDA, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE 14 X 10 CM .</p> <p>- CINTAS REFLEJANTES COLOR AMARILLO GRADO DIAMANTE DE DOS PULGADAS, SEGÚN SE INDICA EN LA IMAGEN.</p> <p>- SUBLIMAR LA FRASE "SEGURIDAD VIAL" (CON LETRA MAYÚSCULA TIPO VERDANA COLOR BLANCA) CON VINIL REFLEJANTE EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PRENDA SEGÚN SE ESPECIFICA DE 32 X 14 CM.</p> <p>- CORTE UNISEX</p> <p>- TALLAS Y CANTIDADES: 15CH, 20M, 15G.</p> <p>GARANTIA DE TODO 24 MESES</p>	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES


FICHA TÉCNICA

Renglón 37

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 9 DE 9
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50635
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JUEGO INFANTIL PARA EXTERIORES

KIT PARA SENSIBILIZACIÓN INCLUYE: (LENTES DE SIMULADOR DE CONDUCCIÓN INTERACTIVO, 3 CARROS DE PEDALES ADULTO, 3 CARROS DE PEDALES NIÑO, 1 TAPETE INTERACTIVO, 1 CARPA PROMOCIONAL, ETC).




RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	 <p> <b>SALUD</b>  <b>STCONAPRA</b>  <b>SEGURO DE VIDA PARA LA SEGURIDAD VIAL</b>  <b>SS</b>  <b>CEPAP</b> </p> <p> <b>LÍNEA REFLEJANTE AMARILLA</b>  <b>LÍNEA REFLEJANTE AMARILLA</b> </p>	
ELABORÓ:	M.S.P. CYNTHIA ALARCON MORA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES

Renglón 40

FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 533.786.0026	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 56616
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: REFRIGERADORES, REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS. EQUIPO PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLÓGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO, EN GENERAL, A TEMPERATURAS DE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS. SIN CONGELADOR. QUE OPERE CON REFRIGERANTE LIBRE DE CFC. CAPACIDAD 571 DM3 (20 PIES CÚBICOS) ± 3 PIES CÚBICOS. PUERTA DE CRISTAL. DIFUSOR DE AIRE CON VÁLVULA DE PRESIÓN CAPILAR. CAJA DEL DIFUSOR. ENTREPAÑOS DE ALAMBRÓN CROMADO O SIMILAR. DESHIELO AUTOMÁTICO. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE CON TERMORREGISTRADOR AUTOMÁTICO. CIRCULACIÓN REFORZADA DE AIRE A TRAVÉS DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL O EQUIVALENTE. ESCALA O PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA QUE INCLUYA EL RANGO ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS. ALARMA ACÚSTICA. OPERADO CON PILAS Y VISUAL EN CASO DE FALLA DE CORRIENTE. BATERÍA RECARGABLE, PARA FALLAS EN LA CORRIENTE Y EN LA TEMPERATURA, CON DURACIÓN MÍNIMA DE SEIS HORAS. COMPRESOR DE 1/8 HP O DE LA POTENCIA ADECUADA, SEGÚN TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO. REGISTRADOR DE TEMPERATURA. RANGO ADECUADO A LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR Y PUNTA DE PLUMA PARA GRAFICADOR. CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO ELECTROLITICAMENTE CUBIERTO CON PINTURA EPÓXICA. CUBIERTA INTERIOR CON ALUMINIO LISO O ACERO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO. SISTEMA DE ALARMA CON POSIBILIDAD DE CONECTAR A VARIAS ALARMAS REMOTAS. SELECCIÓN DE HUMEDAD. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA O ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO. ALARMA AUDIBLE Y VISUAL, CUANDO LA PUERTA QUEDA ABIERTA MÁS TIEMPO DEL NECESARIO. ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CUANDO EL SENSOR DE LA TEMPERATURA NO FUNCIONE CORRECTAMENTE.

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	REQUIERE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS EMITIDO POR LA COFEPRIS. GARANTÍA DE 24 MESES	1
ELABORÓ:	MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES *Renglón 41*

FICHA TÉCNICA	
CEDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.924.0031	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 2022 PROCESO 50610
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ULTRASONÓGRAFO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAGNÓSTICOS, APLICABLE EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS. MONITOR CON NIVELES DE GRIS, TONOS DE COLOR. MODOS: B, MB, M, RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA EN DB, DOPPLER CONTINUO Y PULSADO, DOPPLER COLOR. SISTEMA DE MAPEO A COLOR, ANGIO, POWER DOPPLER. IMÁGENES ARMÓNICAS EN MODO B Y COLOR EN LAS VARIABLES: PENETRACIÓN, RESOLUCIÓN O INVERSIÓN DE PULSOS. PROGRAMA DE ECORREALZADORES O MEDIOS DE CONTRASTE. CON MEMORIA DE IMAGEN DE CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP EN COLOR, BLANCO Y NEGRO, Y CINE ESPECTRAL. CON PAQUETES DE CÁLCULOS OBSTÉTRICOS Y GINECOLÓGICOS. TECLADO ALFANUMÉRICO Y SALIDA DE VIDEO. TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL. CONVERTIDOR DE BARRIDO DE CANALES DE PROCESO DIGITAL DESDE LA FORMACIÓN DEL HAZ. SELECCIÓN DE PUNTOS FOCÁLES. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA.

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR CON NORMA ISO 9001-2000 o NMX-CC-9001-IMNC-2000. PARA PRODUCTO NACIONAL DEBE CUMPLIR CON CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA	1
REQUIERE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO		
GARANTÍA DE 24 MESES		
ELABORÓ:	MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	<i>[Firma]</i>
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	<i>[Firma]</i>
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	<i>[Firma]</i>



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 42

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANICONCEPCIÓN RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA CURACIONES (EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO)/ MESA PASTEUR

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE Y PESTAÑA ALREDEDOR DE 1 M DE ALTURA X 90 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO. UN ENTREPAÑO INFERIOR CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CUBIERTA. CON RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR CUMPLIR CON LA NORMA ISO 13485:2016 GARANTÍA DE 24 MESES.	1
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ- DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ÓRGULLO





AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN  
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 44

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 52	MODELO:
CLAVE S.S.: 060.830.7237	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50629
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SONDA PERIODONTAL W O WHO

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>SONDA PERIODONTAL (OMS) INSTRUMENTO CON MANGO ADIAMANTADO EN EL EXTREMO CUENTA CON UN TOPE EN FORMA DE BOLA DE .5 MM DE DIÁMETRO PARTE CENTRAL ACTIVA CON BANDA NEGRA QUE INDICA CALIBRACIÓN EN 2 LONGITUDES 3.5 MM. EN SU INICIO Y 5.5 MM EN EXTREMO DISTAL PARA MEDIR LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN DEL DIENTE IDEAL PARA LOS EXAMENES PERIODONTALES FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE ALEMÁN EL INSUMO DEBERÁ CONTAR CON NORMA ISO 9001 2015 SE REQUIERE MUESTRA PARA VALIDACIÓN PREVIA GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	52
ELABORÓ:	MSP. CYNTHIA ALARCÓN MORA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

Renglón 45

CEDULA DE DESCRIPCION	HOJA: 1 DE 1
LICITACION	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S. 060.879.0218	CATALOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618, RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TERMÓMETRO QUE PERMITE MEDIR LA TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO, A TRAVÉS DEL CANAL AUDITIVO. CONSTA DE: PANTALLA DIGITAL CON ILUMINACIÓN. MECANISMO DE ENCENDIDO MANUAL O AUTOMÁTICO. DESPLIEGUE DE TEMPERATURA DE 34 A 42 GRADOS CENTÍGRADOS. CON FUNDAS PROTECTORAS DEL EXTREMO DE INSERCIÓN. CON ALARMA VISUAL O SONORA AL ENCENDIDO, AL FINALIZAR LA MEDICIÓN Y AL DETECTAR BATERÍA BAJA. CON MEMORIA MÍNIMA DE 10 DETERMINACIONES. FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA DE LITIO. CON ESTUCHE PARA GUARDA O FUNDA PROTECTORA.

RENGLON	DESCRIPCION	CANTIDAD
3	<p>TERMÓMETRO PARLANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TIPO DE MEDICIÓN: ELECTRÓNICO, DE INFRAROJOS</li> <li>- ZONA DE MEDICIÓN: FRONTAL, TIMPÁNICO</li> <li>- TIPO DE PUNTA: DE SONDA</li> <li>- OBTIENE LA LECTURA ORALMENTE EN SÓLO 1 SEGUNDO</li> <li>- PANTALLA DIGITAL DE FÁCIL LECTURA</li> <li>- ALARMA DE FIEBRE CUANDO SE ALCANZA LA TEMPERATURA MÁXIMA</li> <li>- FUNCIÓN DE VOZ: INGLÉS O ESPAÑOL O VOZ APAGADA</li> <li>- RANGO DE VISUALIZACIÓN: 89.6°F~109.4°F</li> <li>- 12-MEMORIAS DE RECUPERACIÓN</li> <li>- PRECISIÓN: +/- 0.2 °F</li> <li>- ALMACENAMIENTO EN ESTUCHE TRANSPARENTE, SE REQUIEREN 2 PILAS AAA</li> <li>- MANUALES DE INSTRUCCIONES EN INGLÉS Y ESPAÑOL</li> <li>- RANGO DE MEDICIÓN 34.0°C~ 43.0°C(93.2°F~109.4°F)</li> <li>- PRECISIÓN</li> <li>- ±0.3/0.5°C 34.0°C~34.9°C(93.2°F~94.82°F)</li> <li>- ±0.2°C/0.4°C 35.0°C~ 42.0°C (95.0°F~107.6°F)</li> <li>- ±0.3/0.5°C 42.1°C~43.0°C(107.78°F~109.4°F)</li> <li>- RESOLUCIÓN 0.1°C/0.2°F</li> <li>- CONDICIÓN DE OPERACIÓN: 10.0°C~40.0°C(50.0°F~104.0°F) RH≤80%</li> <li>- CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO: -25.0°C~55.0°C(-13.0°F~131.0°F) RH≤95%</li> <li>- BATERÍA AAA 2PCS, INCLUIDAS</li> <li>- TAMAÑO (CUERPO) L145*A35*H40MM</li> <li>- PESO 80G (INCLUYENDO LA BATERÍA)</li> </ul> <p>GARANTIA DE 24 MESES</p>  	2
ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA.- JEFA DEL DEPTO. DE SALUD DE MIGRANTES Y PUEBLOS INDÍGENAS.	
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ.-SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES.- DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 46

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.725.0017	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50611 / RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PORTA PINZA. PORTA PINZA JOHN HOPKINS TIPO BULLDOG LONGITUD 21 CM.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	PORTA PINZA (EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO) PINZA Y PORTA PINZA ACERO INOXIDABLE JOHN HOPKINS, TIPO BULLDOG LONGITUD 21 CM GARANTÍA 24 MESES QUE CUMPLA CON LA NORMA ISO 13485	1



ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRO <sup>REPRO</sup>
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA




AREA SOLICITANTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD  
PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

Bonolón 47

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA:	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PARRILLA CON AGITACIÓN MAGNETICA

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Parrilla con agitación de 18 x 18 cm. Control análogo. Temperatura de 50 a 500 °C. Velocidad de calentamiento de 5K/min. Agitación de 100 a 1,500 rpm. Capacidad máxima de 10L (H2O). Conector para sonda de temperatura PT 1000. Medidas: 22cm de ancho x 33.5cm de fondo x 10.5cm de alto. Alimentación eléctrica de 120V; 50/60 Hz.  Garantía de 12 meses.	2
		
ELABORÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
REVISÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
AUTORIZÓ:	M EN C CESAR ISAAC BAZAN MENDEZ	



AREA SOLICITANTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD  
PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

Reengloín 48

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA:	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MEDIDOR DE PH

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>Medidor de pH de mesa con kit para medición con electrodo. Medidor con módulo pH/Temperatura. Equipo para realizar lecturas precisas de pH en soluciones en el laboratorio, con sonda agitadora, Brazo de electrodo con soporte rediseñado, con adaptador de corriente universal, intervalo cronometrado, lectura única programada.</p> <p>Rango: -2.000 a 20.000 pH</p> <p>Resolución: 0.1, 0.01, 0.001</p> <p>Exactitud relativa: <math>\pm 0.002</math></p> <p>Puntos de calibración: Hasta 6</p> <p>Edición calibrada y puntos ISO ajustable: SI</p> <p>Rango de temperatura: -5 a 105 °C, 23 a 221 °F</p> <p>Registro de datos: Si, 2000 con fecha y hora.</p> <p>Alimentación eléctrica: Adaptador de AC Universal, 90-260 VAC, 50-60 Hz</p> <p>Máximo Número de Módulos: 4</p> <p>Garantía de 12 meses.</p>	2
ELABORÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
REVISÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
AUTORIZÓ:	M EN C CESAR ISAAC BAZAN MENDEZ	





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO




## AREA SOLICITANTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

### FICHA TÉCNICA

Prengón 49

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA:	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: AUTOCLAVE VERTICAL

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	ESTERILIZADOR DE VAPOR VERTICAL PARA TODO EL ESPECTRO DE NECESIDADES DE ESTERILIZACIÓN, INCLUYENDO LÍQUIDOS, MEDIOS DE CULTIVO, PLÁSTICOS, PUNTAS DE PIPETA, DESECHOS BIOLÓGICOS, MATERIALES CONTAMINADOS Y OTROS ARTICULOS DE LABORATORIO.  Garantía de 12 meses.	2
		
ELABORÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
REVISÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
AUTORIZÓ:	M EN C CESAR ISAAC BAZAN MENDEZ	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



## AREA SOLICITANTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

### FICHA TÉCNICA

Prensión 50

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA:	MARCA:
CANTIDAD: 8	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TERMOMETRO DE INMERSIÓN TOTAL DE VIDRIO CON MERCURIO LIQUIDO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	TERMOMETRO DE INMERSIÓN TOTAL DE MERCURIO LÍQUIDO DE VIDRIO DE -20 A 110°C GRADUACIÓN EN 1°C INMERSIÓN TOTAL DE 12 PULGADAS. PIEZA. Garantía de 12 meses.	8
ELABORÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
REVISÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
AUTORIZÓ:	M EN C CESAR ISAAC BAZAN MENDEZ	






AREA SOLICITANTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

FICHA TÉCNICA

Reenglon 51

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA:	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CENTRIFUGA CLINICA

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	Centrifuga clínica de mesa, con rotor con capacidad de 12 lugares para tubos de 15 mL. Capacidad de centrifugado de 4,000 rpm. Carcasa y tapa de seguridad metálicas y espacio de centrifugación en acero inoxidable. Velocidad máxima: 4,000 rpm. Control de velocidad, tiempo y RCF: digital. Rango de tiempo: 0-99 min. Máx RCF: 2,220 xg Ruido: menor a 50 Db Alimentación: 110V, 60 Hz  Garantía de 12 meses.	3
		
ELABORÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
REVISÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
AUTORIZÓ:	M EN C CESAR ISAAC BAZAN MENDEZ	






AREA SOLICITANTE:

FICHA TÉCNICA

Paengloñ 52

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA:	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR.

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p><b>SISTEMA OPTICO</b>  Ajuste continuo de la intensidad, iluminación suficiente para observación a la intensidad más baja.  -Tubo binocular de 45 grados.  -Ocular 10X20, con protector.  -Ocular 10X20, de enfoque con protector.  -Condensador ABBE 0.9 seco/1.25 aceite.  -Objetivo HI Plan 10X0.25 NA, distancia de trabajo 12.0mm  -Objetivo HI PLAN 40X/0.65 NA, distancia de trabajo 0.36mm  -Objetivo HI PLAN 100X/1.25 OIL NA, distancia de trabajo 0.10mm  Filtro azulclaro no esmerilado.  Constitución de 2 lentes convergentes Plano Convexas con un diafragma fijo a media distancia.  Las lentes y prismas tratadas con un revestimiento contra la reflexión.  Diafragma Iris complementario al condensador.</p> <p><b>SISTEMA MECANICO:</b>  Tornillo Macrométrico de enfoque rápido.  Tornillo Micrométrico con movimientos hasta de 2 micras.  Revolver.  Porta Objetivos séxtuplo invertido intercambiable de alta resistencia a mantener ajuste y linealidad permanente en foco de Imagen.  Platina con seguro de fijación, de movimiento vertical recorrido de 25 mm con tope de límite para el ajuste grueso, ajuste de la torsión para los controles de enfoque grueso, Posición de montaje de la platina variable, ajuste fino de alta sensibilidad (paso de ajuste mínimo: 1 micrómetro). Carro del sistema regulador por tensores de liga para la movilización suave de las láminas.  Pinzas con alta resistencia de la muelle o resorte tensor, el brazo de la pinza de material duro (metal).</p> <p><b>OTROS</b>  Pastilla anti-fungica o protección con Gel de silice.</p> <p>Garantía de 12 meses.</p> 	4
ELABORÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
REVISÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
AUTORIZÓ:	M. en C. CESAR ISAAC BAZAN MENDEZ	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO




**AREA SOLICITANTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD  
PÚBLICA**

**FICHA TÉCNICA**

*versión 53*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA:	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LECTOR DE MICROPLACAS

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	<p>Lector de microplacas de elisa con rango de longitud de onda de 400 a 750 nm y principio de funcionamiento por espectrofotometria, con capacidad de una microplaca de 96 pocillos.</p> <p>Medición de longitudes de onda simple/doble</p> <p>Almacenamiento de mas de 20 000 resultados.</p> <p>Filtros de absorbancia de 415, 450, 490, 595, 655 y 750 nm.</p> <p>Bloqueo y desbloqueo de la configuración solo por el administrador del sistema.</p> <p>Impresora térmica integrada o impresora externa conectada por cable usb.</p> <p>Tiempo de lectura de 5 segundos a una sola longitud de onda, 12 segundos a longitudes de onda duales.</p> <p>Pantalla LCD a color, sensible al tacto de 7", modo de agitacion de velocidad y tiempo variables.</p> <p>Voltaje 100v – 240v y frecuencia de 50 – 60 hz. Incluye regulador de voltaje con 8 contactos y capacidad de 2200va/1100w.</p> <p>Garantia de 12 meses.</p> 	1
ELABORÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
REVISÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI	
AUTORIZÓ:	M EN C CESAR ISAAC BAZAN MENDEZ	




## AREA SOLICITANTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

### FICHA TÉCNICA

Region 57

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA:	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	<p>➤ Método de observación: Campo claro;</p> <p>➤ Iluminación transmitida Lámpara LED</p> <p>➤ Enfoque: Mecanismo de enfoque de platina Carrera de mando de enfoque grueso 15 mm.</p> <p>➤ Características :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tope limitador de ajuste grueso .</li><li>Ajuste de la tensión para la perilla de enfoque grueso .</li><li>- Diafragma de campo Binocular (opción: CX23-FS), Trilocular, Porta objetivos giratorio Manual Estándar (4 posiciones)✓Platina Manual Platinas manuales con mando a la derecha incorporada X: 76 mm, Y: 30 mm</li><li>➤ Condensador,Manual Condensador AbbeAN 1,25/ W.D. - (4X-100X) (Incorporado) Tubos de observación Estándar (número de campo 20) Binocular✓Trinocular✓Ángulo de inclinación del tubo 30°</li><li>➤ Selección de la trayectoria de luz del cabezal trilocular (Cámara: Observación) 0%:100%, 100%:0% .</li><li>➤ Ajuste de la distancia interpupilar de 48 a 75 mm.</li><li>➤ Dimensiones (ancho x profundidad x altura) Binocular: 198 (A) x 398 (P) x 386 (Al.) mm, Trinocular: 198 (A) x 398 (P) x 430 (Al.) mm PesoAprox. 5,9 kg .</li></ul> <p>Garantia de 12 meses.</p> 	4

ELABORÓ:	MED. HILDA ARREDONDO VEYTIA
REVISÓ:	Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI
AUTORIZÓ:	M EN C CESAR ISAAC BAZAN MENDEZ



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



VERA  
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

Renglón 59

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 32701	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 AFFASPE 2022 (Planificación Familiar y Anticoncepción)
	CANTIDAD OFERTADA:

**NOMBRE GENÉRICO:** LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN.  
**DESCRIPCIÓN ADICIONAL:** LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN PLATAFORMA PARA VIDEOCONFERENCIAS ESTATALES PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SESVER

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN PLATAFORMA PARA VIDEOCONFERENCIAS ESTATALES PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SESVER; MÓDULO DE TELEMEDICINA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR GARANTÍA 1 AÑO	1
ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
REVISÓ:	J. JONATHÁN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA - JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL(G.O.E.NÚM.EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES  
FICHA TÉCNICA

Revisión: 61

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50636
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: DIFUSIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LESIONES ACCIDENTALES A TRÁVES DE MATERIAL EDUCATIVO Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>PAQUETE DE MATERIAL DE PROMOCIÓN INCLUYE LOS SIGUIENTES 3 DISEÑOS:</p> <p>A) DÍPTICOS MENORES DE 10 AÑOS</p>  <p>B) DÍPTICOS 60 AÑOS Y MÁS</p>  <p>C) DÍPTICO AHOGAMIENTOS</p> 	1



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES  
FICHA TÉCNICA

Renglón 61

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: DIFUSIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LESIONES ACCIDENTALES A TRÁVES DE MATERIAL EDUCATIVO Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>LOS DISEÑOS DEL INCISO "A Y B", SE REQUIERE IMPRESIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>TAMAÑO: CARTA (21.5 X 28 CM)</p> <p>PAPEL: COUCHE DE 200 GRAMOS, MATE</p> <p>IMPRESIÓN DOBLE FAZ</p> <p>COLOR: 4X4</p> <p>CON DOBLES INCLUIDO</p> <p>CANTIDAD: 25,000 DÍPTICOS EN MENORES DE 10 AÑOS Y 25,000 DÍPTICOS 60 AÑOS Y MÁS</p> <p>EL DISEÑO DEL INCISO "C", SE REQUIERE IMPRESO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>TAMAÑO: CARTA (21.5 X 28 CM)</p> <p>PAPEL: COUCHE DE 200 GRAMOS, MATE</p> <p>IMPRESIÓN DOBLE FAZ</p> <p>COLOR: 4X4</p> <p>CON DOBLES INCLUIDO</p> <p>CANTIDAD: 20,000 DÍPTICOS AHOGAMIENTOS</p> <p>GARANTÍA DE 6 MESES</p>	1
ELABORÓ:	M.S.P. CYNTHIA ALARCÓN MORA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 62

CEDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50615
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS \_VER

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>PAQUETE CON 316 CARTELES QUE INCLUYE:</p> <p>PAQUETE CON: 158 CARTELES</p> <p>CARTEL CÓMO EMPEZAR A AUTOCUIDARME</p> <p>IMPRESIÓN A COLOR</p> <p>PAPEL COUCHE MATE 240 GR</p> <p>MEDIDAS: 60 X 90 CM</p> <p>VERTICAL</p> <p>ACABADO LAMINADO CON BARNIZ Y PROTECCIÓN UV</p> <p>IMPRESIÓN EN UNA SOLA CARA</p> <p>DISEÑO DE ACUERDO A ARCHIVO</p> <p>6 MESES DE GARANTIA</p> 	1



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVÉR  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 62

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE  
INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN  
DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS \_VER

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	PAQUETE CON: 158 CARTELES CARTEL TE HAS PREGUNTADO SI TU PAREJA IMPRESIÓN A COLOR PAPEL COUCHE MATE 240 GR MEDIDAS: 60 X 90 CM VERTICAL ACABADO LAMINADO CON BARNIZ Y PROTECCIÓN UV IMPRESIÓN EN UNA SOLA CARA DISEÑO DE ACUERDO A ARCHIVO 6 MESES DE GARANTIA 	1
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renación 63


CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIALES DE COMUNICACIÓN DE PROMOCIÓN DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DIFUNDIDOS ENTRE LA POBLACIÓN Y EL PERSONAL DE SALUD \_INTERVENCIONES REEDUCATIVAS \_VER.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	PAQUETE CON 291 CARTELES QUE INCLUYE:  PAQUETE CON: 146 CARTELES  CARTEL PARA GRUPOS DE REEDUCACIÓN MUJERES IMPRESIÓN A COLOR  PAPEL COUCHE MATE 240 GR  MEDIDAS: 60 X 90 CM  VERTICAL  ACABADO LAMINADO CON BARNIZ Y PROTECCIÓN UV  IMPRESIÓN EN UNA SOLA CARA  DISEÑO DE ACUERDO A ARCHIVO  6 MESES DE GARANTÍA	1



16



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

*Revisión 63*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50615
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIALES DE COMUNICACIÓN DE PROMOCIÓN DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DIFUNDIDOS ENTRE LA POBLACIÓN Y EL PERSONAL DE SALUD \_INTERVENCIONES REEDUCATIVAS \_VER.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	PAQUETE CON: 145 CARTELES CARTEL PARA GRUPOS DE REEDUCACIÓN HOMBRES IMPRESIÓN A COLOR PAPEL COUCHE MATE 240 GR MEDIDAS: 60 X 90 CM VERTICAL ACABADO LAMINADO CON BARNIZ Y PROTECCIÓN UV IMPRESIÓN EN UNA SOLA CARA DISEÑO DE ACUERDO A ARCHIVO 6 MESES DE GARANTÍA 	
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	<i>[Signature]</i>
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	<i>[Signature]</i>
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	<i>[Signature]</i>



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

*Renglón 64*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50615
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIALES DE COMUNICACIÓN DE PROMOCIÓN DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DIFUNDIDOS ENTRE LA POBLACIÓN Y EL PERSONAL DE SALUD \_INTERVENCIONESPREVENTIVAS\_VER.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	PAQUETE CON 243 CARTELES MATERIAL DE COMUNICACIÓN DE PROMOCIÓN A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA IMPRESIÓN A COLOR PAPEL COUCHE MATER 240 GR MEDIDAS 60 X 90 CM VERTICAL ACABADO LAMINADO CON BARNIZ Y PROTECCIÓN UV IMPRESIÓN EN UNA SOLA CARA DISEÑO DE ACUERDO A ARCHIVO 6 MESES DE GARANTÍA	1
		
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	<i>[Signature]</i>
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	<i>[Signature]</i>
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	<i>[Signature]</i>



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 65

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50615
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIALES DE COMUNICACIÓN DE PROMOCIÓN DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DIFUNDIDOS ENTRE LA POBLACIÓN Y EL PERSONAL DE SALUD\_BUEN TRATO\_VER.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	PAQUETE DE 100 CARTELES CARTEL PARA LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA OBSTETRICA. IMPRESIÓN A COLOR PAPEL COUCHE MATE 240 GR MEDIDAS: 60 X 90 CM VERTICAL ACABADO LAMINADO CON BARNIZ Y PROTECCIÓN UV IMPRESIÓN EN UNA SOLA CARA DISEÑO DE ACUERDO A ARCHIVO 6 MESES DE GARANTÍA	1



Para más información contactar al  
800 MATERNA (800-6263782)  
llo 45 hrs, los 365 días del año.

*[Handwritten signature and initials 'JL' are visible on the right side of the table]*

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES**

## FICHA TÉCNICA

## Resolución 65

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIALES DE COMUNICACIÓN DE PROMOCIÓN DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DIFUNDIDOS ENTRE LA POBLACIÓN Y EL PERSONAL DE SALUD BUEN TRATO VER.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE

FICHA TÉCNICA

Renglón 66

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50615
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE  
INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIAL DE DIFUSIÓN  
PARA LA VERTIENTE INTERCULTURAL\_VER

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	<p>1 PAQUETE QUE CONTIENE:</p> <p>364 PIEZAS DE CARTELES 4 MODELOS DIFERENTES IMPRESIÓN A COLOR, PAPEL COUCHE MATE 240 GR MEDIDAS: 60 X 90 CM ACABADO LAMINADO CON BARNIZ DE PROTECCIÓN IMPRESIÓN EN UNA SOLA CARA</p> <p>91 CARTELES DE "CUIDATE", 91 CARTELES DE "¿CÓMO CUIDARNOS?", 91 CARTELES DE "¿KENISKSEMO YEKMALWIES?" Y 91 CARTELES DE "XIMOMALWI"</p> <p>DISEÑO DE ACUERDO A ARCHIVO PDF ENTREGAR PRIMER IMPRESO PARA VALIDACIÓN 6 MESES DE GARANTÍA</p> 	1

ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 70

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 110	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50611
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCION ADICIONAL: CARTEL.- "VASECTOMIA SIN BISTURI"

RENGLÓN	DESCRIPCION	CANTIDAD
11	<p>CARTEL DE 60X90 CM. EN PAPEL COUCHE, GRAMAJE 180/220. IMPRESIÓN A COLOR SOBRE VASECTOMÍA SIN BISTURI. IMPRESIÓN EN HD A COLOR DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE AL SOL, ORIENTACIÓN VERTICAL. DE ACUERDO A DISEÑO. DEBERÁ PRESENTAR UN ORIGINAL AL ÁREA REQUERENTE PARA SU VALIDACIÓN ANTES DE IMPRESIÓN FINAL. GARANTÍA POR 6 MESES.</p> 	110
		

ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 71

CEDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 70	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50611
	CANTIDAD OFERTADA:

MOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE  
INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION. DESCRIPCION ADICIONAL: CARTEL.-  
"ANTICONCEPCIÓN POSTEVENTO OBSTÉTRICO"

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	CARTEL DE 60X90 CM. EN PAPEL COUCHE, GRAMAJE 180/220. IMPRESIÓN A COLOR SOBRE ANTICONCEPCIÓN POSTEVENTO OBSTÉTRICO. IMPRESIÓN EN HD A COLOR DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE AL SOL, ORIENTACIÓN VERTICAL. DE ACUERDO A DISEÑO. DEBERÁ PRESENTAR UN ORIGINAL AL ÁREA REQUERENTE PARA SU VALIDACIÓN ANTES DE IMPRESIÓN FINAL. GARANTÍA POR 6 MESES.	70
		
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

*Renglón 72*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1000	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50610
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION. DESCRIPCION ADICIONAL: KIT DE SEÑALIZACIÓN PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS AMIGABLES

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	<p>KIT DE SEÑALIZACIÓN PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS AMIGABLES, INCLUYE:</p> <p>IMPRESIÓN DE 3 FORMATOS (1,000 PIEZAS DE CADA UNO) ARCHIVO DE IMÁGENES EN FORMATO EN JPG, AI Y EPS.</p> <p>IMPRESIÓN A COLOR</p> <p>IMPRESIÓN CON ACABADO DE BARNIZ UV</p> <p>CARTELES TAMAÑO TABLOIDE (11x17 PULGADAS)</p> <p>EN PAPEL COUCHE DE 300 GR</p> <p>DEBERÁ PRESENTAR UN ORIGINAL AL ÁREA REQUERENTE PARA SU VALIDACIÓN ANTES DE IMPRESIÓN FINAL.</p> <p>6 MESES DE GARANTÍA</p> 	1000

ELABORÓ: M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA

REVISÓ: DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

AUTORIZÓ: DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz







AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
FICHA TÉCNICA

Bengioy 76

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50612
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE  
INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION. DESCRIPCION ADICIONAL: TARJETA DE CONTROL DE  
EMBARAZADA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
17	<p>IMPRESA EN PAPEL CARTULINA DE 225 GRS.</p> <p>IMPRESA EN AMBAS CARAS</p> <p>IMPRESA EN TINTA NEGRA</p> <p>TAMAÑO CARTA</p> <p>CON 3 LOGOS ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA EN ANVERSO Y REVERSO "VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO", "SECRETARIA DE SALUD" Y "SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"</p> <p>QUE INCLUYA MUESTRA DE IMPRESIÓN FINAL</p> <p>GARANTÍA DE 6 MESES</p> 	2
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVÉR  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
FICHA TÉCNICA

Renglón 77

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50612
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE  
INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION. DESCRIPCION ADICIONAL: CONSENTIMIENTO  
INFORMADO DE VIH.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	<p>IMPRESA EN PAPEL BOND IMPRESO UNA CARA IMPRESA A TINTA NEGRA TAMAÑO CARTA CON LOGOS CENTRADOS EN LA PARTE SUPERIOR QUE INCLUYA MUESTRA DE IMPRESIÓN FINAL GARANTÍA DE 6 MESES</p> <p><b>GOBIERNO DE MÉXICO</b>   <b>SS</b>   <b>SESVÉR</b></p> <p><b>PRUEBA DE DETECCIÓN DE VIH EN EMBARAZADAS</b></p> <p><b>HOJA DE CONSENTIMIENTO</b></p> <p>En esta fecha _____, doy plena autorización al personal de la Jurisdicción Sanitaria No. _____ del C.S. _____ me realiza la prueba de detección de anticuerpos contra el VIH en la localidad de _____ Municipio _____.</p> <p>Aquí consta, Núñez consta que lleva a cabo los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ASISTENCIA - En caso de que la laboratorista encuentre anticuerpos y niveles:</li> <li>TIPOS DE MUESTRAS: realizada con material nuevo y deseable con el manejo adecuado de las procedimientos universales.</li> </ul> <p>Un análisis rápido de detección de anticuerpos de VIH 1 y 2 que se le va a realizar en la Unidad de Salud Pública de la Jurisdicción y del Departamento policial en la dirección _____.</p> <p>Dicho informe de que los resultados que puede obtener de este prueba solo son provisionales, de modo de obtener un resultado preciso se realizará una tercera prueba con la muestra en el laboratorio y se enviará con máxima seguridad para realizar de manera confidencial la prueba confirmatoria de VIH en el Instituto.</p> <p>Aquí consta que el personal que realiza ASISTENCIA dentro de la prueba relativa a la entrega de resultados es personal capacitado.</p> <p>Asimismo, consta consta que todos los datos que he proporcionado a este personal, serán manejados con el más completo confidencialidad.</p> <p><b>ASISTENCIA</b></p> <p>PACIENTE: <b>NOMBRE COMPLETO Y FIRMA</b> _____ MEDICO QUIZ OTRO QUIZ LA INFORMACIÓN Y RECIBIR EL CONSENTIMIENTO INFORMADO</p> <p>TESTIGO 1: <b>NOMBRE COMPLETO Y FIRMA</b> _____ TESTIGO 2: <b>NOMBRE COMPLETO Y FIRMA</b> _____</p> <p style="text-align: center;"></p>	1
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Región 78

FICHA TÉCNICA	
CEDULA DE DESCRIPCION	HOJA: 1 DE 2
LICITACION	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATALOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618, RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PAQUETE DE IMPRESIONES DE SEÑALÉTICA HOSPITALARIA EN BRAILLE PARA USAMI

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD
19	<p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>EL PAQUETE DEBERÁ INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 PLACAS METÁLICAS DE ALUMINIO DE 30CM X 40CM, (4 DE UNIDAD DE SALUD, 4 DE VENTANILLA INCLUYENTE Y 4 DE ASIENTOS PREFERENTES), CON BAÑO PROTECTOR ANTIRREFLEJO Y PROTECCIÓN UV</li> <li>- CON LOGOS INSTITUCIONALES</li> <li>- ORIENTACIÓN: HORIZONTAL</li> <li>- CON ESQUINAS CURVEADAS (SIN BORDES AFILADOS.) Y CON 4 PIJAS UBICADAS EN LAS ESQUINAS PARA COLOCACIÓN EN PARED</li> <li>- DISEÑO A PARTIR DE ORIGINAL ELECTRÓNICO</li> <li>- EL NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN DEBERÁ ESTAR EN ESPAÑOL Y BRAILLE (SEGÚN DISEÑO)</li> <li>- LAS SEÑALES TÁCTILES EN ALTORELIEVE Y NO GRABADAS. LA ALTURA DEL RELIEVE DEBE SER: PARA LETRAS, ENTRE 1 MM Y 1,5 MM.; PARA SÍMBOLOS SERÁ DE 2 MM.; LA ALTURA MÍNIMA DEL CARÁCTER DEBE SER DE 15 MM Y LA MÁXIMA DE 50 MM.</li> <li>- LOS ELEMENTOS DEL RÓTULO DEBERÁN SER: LETRAS Y SÍMBOLOS EN TAMAÑO GRANDE Y ALTORELIEVE Y TEXTO EN SISTEMA BRAILLE.</li> </ul> <p>GARANTÍA DE 6 MESES</p> <p>ENTREGAR AL ÁREA TÉCNICA PARA SU VALIDACIÓN ANTES</p>	1



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS

Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Region 78

FICHA TÉCNICA

CEDULA DE DESCRIPCION	HOJA: 2 DE 2
LICITACION	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATALOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618, RAMO 12
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PAQUETE DE IMPRESIONES DE SEÑALÉTICA HOSPITALARIA EN BRAILLE PARA USAMI

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	 	
ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA.- JEFA DEL DEPTO. DE SALUD DE MIGRANTES Y PUEBLOS INDÍGENAS	
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ.-SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES.- DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Rengjón 82

FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 35	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO <b>50641, RAMO 12 2022</b>
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PLACA PARA CERTIFICACIÓN DE MERCADO DE LOS MUNICIPIOS PROGRAMADOS

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
23	<b>CARACTERÍSTICAS</b> PANEL DE ALUMINIO PLATA CEPILLADO DE 4 MM REFUERZO TRASERO DE ACRÍLICO NEGRO DE 6 MM GRABADA CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES TAMAÑO DE 35 X 30 CM GARANTIA DE 6 MESES ENTREGAR AL AREA TECNICA PARA VALIDACION ANTES DE SU IMPRESIÓN FINAL	35
 GOBIERNO DE MÉXICO    SS Secretaría de Salud    SESVER Servicios de Salud de Veracruz		
<b>La Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz</b> Certifican como un		
<b>MERCADO PROMOTOR DE LA SALUD</b>		
Por haber cumplido satisfactoriamente los lineamientos establecidos por el Programa de Entornos y Comunidades Saludables		

ELABORÓ:	L.N. MICHELLE FERNÁNDEZ MOCTEZUMA - JEFA DE DEPTO. DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS

Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

Renglón 83

FICHA TÉCNICA	
CEDULA DE DESCRIPCION	HOJA: 1 DE 1
LICITACION	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATALOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618, RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PLACAS "UNIDADES DE SALUD QUE ATIENDEN CON MECANISMOS INCLUYENTES"

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD
25	<p>IMPRESIÓN DE PLACAS "UNIDAD DE SALUD QUE ATIENDEN CON MECANISMOS INCLUYENTES"</p> <p>DISEÑO A PARTIR DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO</p> <p>ACABADO: CORTE RECTO, PEGADO SOBRE PLACA DE ACRÍLICO DE 10 MM.</p> <p>IMPRESIÓN: VINIL A 1440 DPI.</p> <p>MATERIAL: VINIL ADHERIBLE, SOBRE VINIL BLANCO SOBRE PLACA DE ACRÍLICO</p> <p>COLOR (ES): 4 X 4</p> <p>MEDIDAS: DE 50 CM X 50 CM</p> <p>POSTES DE METAL PARA FIJAR A MURO</p> <p>PLACA DE ACRÍLICO DE 10 MM.</p> <p>GARANTÍA DE 6 MESES</p> <p>ENTREGAR AL ÁREA TÉCNICA PARA SU VALIDACIÓN ANTES DE SU IMPRESIÓN</p>	5



**UNIDAD DE SALUD  
QUE ATIENDE CON  
MECANISMOS  
INCLUYENTES  
USAMI**



ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA.- JEFA DEL DEPTO. DE SALUD DE MIGRANTES Y PUEBLOS INDÍGENAS
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ.-SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES.- DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD *Brenalón 84*

FICHA TÉCNICA

CEDULA DE DESCRIPCION	HOJA: 1 DE 1
LICITACION	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATALOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50618, RAMO 12 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PLACAS DE CERO TOLERANCIA AL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD
24	<p>IMPRESIÓN DE PLACAS DE CERO TOLERANCIA AL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL DISEÑO A PARTIR DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO ACABADO: CORTE RECTO, PEGADO SOBRE PLACA DE ACRÍLICO DE 10 MM. IMPRESIÓN: VINIL A 1440 DPI. MATERIAL: VINIL ADHERIBLE, SOBRE VINIL BLANCO SOBRE PLACA DE ACRÍLICO COLOR (ES): 4 X 4 MEDIDAS: DE 50 CM X 50 CM POSTES DE METAL PARA FIJAR A MURO GARANTÍA DE 6 MESES ENTREGAR AL ÁREA TÉCNICA PARA SU VALIDACIÓN ANTES DE SU IMPRESIÓN</p> <div style="text-align: center;">  <span>GOBIERNO DE MÉXICO</span>  <span>SS Secretaría de Salud</span>  <span>SESVER Servicios de Salud de Veracruz</span> </div> <div style="text-align: center;">    <p><b>SERVICIOS DE SALUD CON CERO TOLERANCIA AL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL</b></p>  </div>	5
ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUIQUISQUI ATLAHUA.- JEFA DEL DEPTO. DE SALUD DE MIGRANTES Y PUEBLOS INDÍGENAS <i>ef</i>	
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ.-SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD <i>AM</i>	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES.- DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA <i>Guadalupe Díaz</i>	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Región 85

FICHA TÉCNICA		
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 4	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 33604	MARCA:	
CANTIDAD: 72	MODELO:	
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLOCK DE 100 HOJAS (1 BLOCK POR CADA 100 VIVIENDAS A CERTIFICAR)		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
26	BLOCKS DE CEDULAS DE CERTIFICACION DE VIVIENDA FAVORABLE A LA SALUD PAPEL BOND DE 75 G/M2(37KG.) TAMAÑO CARTA 28 X 21.5 CM. IMPRESIÓN COLOR AMBOS LADOS 4 X 4 TINTAS CON SILICÓN PARA DESPRENDER EN LA PARTE SUPERIOR CARATULA INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO 1: CEDULA DE CERTIFICACIÓN DE VIVIENDA FAVORABLE A LA SALUD (100 HOJAS) IMPRESIÓN DE AMBOS LADOS GARANTIA DE 6 MESES ENTREGAR PRELIMINAR AL ÁREA TÉCNICA PARA SU VALIDACIÓN ANTES DE SU IMPRESIÓN CARATULA	72
  		
CÉDULAS DE CERTIFICACIÓN DE VIVIENDA FAVORABLE A LA SALUD		



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

**ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

*Renglón 85*

**FICHA TÉCNICA**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 4
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 72	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

**NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLOCK DE 100 HOJAS (1 BLOCK POR CADA 100 VIVIENDAS A CERTIFICAR)**

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>INSTRUCTIVO DE LLENADO</p> <p><b>INSTRUCTIVO DE LLENADO</b> CERTIFICACIÓN DE VIVIENDA COMO FAVORABLE A LA SALUD</p> <p><b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN:</b></p> <p><b>Entidad:</b> Indique el nombre de la entidad federativa.  <b>Jurisdicción Sanitaria:</b> Anote el nombre de la jurisdicción a la que corresponde el registro.  <b>Municipio:</b> Escriba el nombre oficial del municipio el cual corresponde la información.  <b>Localidad:</b> Indique el nombre completo de la localidad donde se encuentra la vivienda.  <b>Código Postal:</b> Indique la clave que la localidad tiene en el INEGI.  <b>Unidad de Salud:</b> Indique la unidad de salud a la que pertenece la localidad.  <b>CLUES:</b> Indique la Clave Única de Establecimientos de Salud, a la que pertenece la localidad.  <b>Dirección:</b> Indique la dirección completa de la vivienda a certificar o datos de referencia si es domicilio desconocido.  <b>Nombre de la familia:</b> Indique el nombre de la familia al que pertenece la vivienda, ejemplo "familia Ramírez-Márquez".  <b>Nombre del Agente o Procurador (a) de Salud:</b> Indique el nombre completo del Agente o Procurador (a) que habita dicha vivienda.  <b>No. de habitantes de la vivienda:</b> Indique el número de personas que viven en la vivienda.  <b>Fecha de certificación:</b> Indique el dd/mm/aaaa de la certificación.</p> <p><b>CALIFICACIÓN DE CRITERIOS A EVALUAR:</b></p> <p><b>Ponderación:</b> Son los puntos que se pueden obtener si se cumple con el ítem.  <b>Puntaje Obtenido:</b> Se coloca el número alcanzado de acuerdo a la ponderación, si no se cumple el ítem en su totalidad se obtienen cero puntos.  <b>Total por criterio:</b> Son los puntos totales que se obtienen para cada criterio, es decir, se suman los puntos de cada ítem con los que cuenta el criterio.</p> <p><b>EVALUACIÓN FINAL PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA FAVORABLE A LA SALUD:</b></p> <p><b>Puntaje obtenido para certificación:</b> Se anotarán el total de puntos que se obtuvo por cada uno de los criterios.</p> <p>Si se obtiene el puntaje mínimo para certificar cada uno de los criterios, la vivienda será certificada.</p> <p>Es importante señalar que existen criterios para certificar la vivienda favorable de la salud, que tienen de ser competencia exclusiva de los habitantes de la localidad y del personal de salud, como el agua potable, la red de drenaje y la recolección de residuos y/o que estos servicios deben ser proporcionados por el municipio, por lo que gestionarlos puede ser a través de nivel Jurisdiccional y municipal.</p> <p>En el cuadro anexo, se describen los programas federales que pueden servir de ayuda para mejorar las condiciones de las viviendas que no pudieron ser certificadas y en general para las comunidades y municipios.</p>	



**ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

## **FICHA TÉCNICA**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 3 DE 4
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: <b>33604</b>	MARCA:
CANTIDAD: <b>72</b>	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: <b>PROCESO 50641, RAMO 12 2022</b>
	CANTIDAD OFERTADA:

## Rengjön 85

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLOCK DE 100 HOJAS (1 BLOCK POR CADA 100 VIVIENDAS A CERTIFICAR)

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																																																																																													
	<p>FORMATO 1: CEDULA DE CERTIFICACIÓN DE VIVIENDA ANVERSO</p> <div style="text-align: center;">   <b>BSEVER</b>          Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud          Dirección General de Promoción de la Salud       </div> <p><b>PROGRAMA DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES</b>  <b>CEDULA DE CERTIFICACIÓN DE VIVIENDA FAVORABLE A LA SALUD</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Entidad</td> <td>Dirección General de Salud</td> <td>Municipio</td> <td>Unidad de salud</td> </tr> <tr> <td>Sucursal</td> <td>Ciudad (MEX)</td> <td colspan="2">CLMEX</td> </tr> <tr> <td>Dirección</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Nombre del Agente o Procurador de Salud</td> <td colspan="3">Nombre de habitantes de la vivienda</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Certificación</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nº.</td> <td style="text-align: center;">Criterio</td> <td style="text-align: center;">Arama</td> <td style="text-align: center;">Indicación</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td rowspan="2">Uso adecuado de la vivienda</td> <td>La vivienda se encuentra en un lugar seguro, el entorno es saludable y se encuentra en buenas condiciones de higiene, sin riesgos ni fuentes de estrés de salud.</td> <td>1 punto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Plan de emergencia: que muestre que la vivienda tiene un plan de emergencia y de respuesta.</td> <td>2 puntos</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Forma de respuesta para cumplir 2 puntos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td rowspan="4">Condiciones físicas de la vivienda</td> <td>Las paredes y techos se encuentran en buenas condiciones y se realizan labores de mantenimiento y reparación en materiales y vivienda.</td> <td>2 puntos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>1. No existe de la vivienda ni de sus dependencias ni de sus alrededores:</td> <td>1 punto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>1. La vivienda cuenta con ventilación, desinfección y uso de agua potable.</td> <td>2 puntos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>2. La vivienda cuenta con agua potable y saneamiento.</td> <td>2 puntos</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Forma de respuesta para cumplir 4 puntos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td rowspan="3">Agua potable</td> <td>Agua entubada.</td> <td>1 punto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Hay agua en suero o agua potable.</td> <td>1 punto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Centro de agua potable.</td> <td>1 punto</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Forma de respuesta para cumplir 3 puntos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td rowspan="4">Bogada urbana</td> <td>Los habitantes disponen de agua potable y de agua para consumo humano.</td> <td>2 puntos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Los habitantes disponen de agua potable y de agua para consumo humano.</td> <td>2 puntos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td>Desagua o drenaje de basura.</td> <td>2 puntos</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Forma de respuesta para cumplir 2 puntos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td rowspan="3">Entorno adecuado de vivienda</td> <td>Entorno: La vivienda se encuentra en suelo seco y seco.</td> <td>1 punto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td>Entorno: La vivienda cuenta con agua potable, gas, electricidad y agua para consumo humano.</td> <td>2 puntos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td>Entorno: La vivienda cuenta con agua potable, gas, electricidad y agua para consumo humano.</td> <td>2 puntos</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Forma de respuesta para cumplir 3 puntos</td> </tr> </table>	Entidad	Dirección General de Salud	Municipio	Unidad de salud	Sucursal	Ciudad (MEX)	CLMEX		Dirección				Nombre del Agente o Procurador de Salud	Nombre de habitantes de la vivienda			Fecha de Certificación				Nº.	Criterio	Arama	Indicación	1	Uso adecuado de la vivienda	La vivienda se encuentra en un lugar seguro, el entorno es saludable y se encuentra en buenas condiciones de higiene, sin riesgos ni fuentes de estrés de salud.	1 punto	2	Plan de emergencia: que muestre que la vivienda tiene un plan de emergencia y de respuesta.	2 puntos	Forma de respuesta para cumplir 2 puntos				3	Condiciones físicas de la vivienda	Las paredes y techos se encuentran en buenas condiciones y se realizan labores de mantenimiento y reparación en materiales y vivienda.	2 puntos	4	1. No existe de la vivienda ni de sus dependencias ni de sus alrededores:	1 punto	5	1. La vivienda cuenta con ventilación, desinfección y uso de agua potable.	2 puntos	6	2. La vivienda cuenta con agua potable y saneamiento.	2 puntos	Forma de respuesta para cumplir 4 puntos				7	Agua potable	Agua entubada.	1 punto	8	Hay agua en suero o agua potable.	1 punto	9	Centro de agua potable.	1 punto	Forma de respuesta para cumplir 3 puntos				10	Bogada urbana	Los habitantes disponen de agua potable y de agua para consumo humano.	2 puntos	11	Los habitantes disponen de agua potable y de agua para consumo humano.	2 puntos	12	Desagua o drenaje de basura.	2 puntos	Forma de respuesta para cumplir 2 puntos				13	Entorno adecuado de vivienda	Entorno: La vivienda se encuentra en suelo seco y seco.	1 punto	14	Entorno: La vivienda cuenta con agua potable, gas, electricidad y agua para consumo humano.	2 puntos	15	Entorno: La vivienda cuenta con agua potable, gas, electricidad y agua para consumo humano.	2 puntos	Forma de respuesta para cumplir 3 puntos			
Entidad	Dirección General de Salud	Municipio	Unidad de salud																																																																																												
Sucursal	Ciudad (MEX)	CLMEX																																																																																													
Dirección																																																																																															
Nombre del Agente o Procurador de Salud	Nombre de habitantes de la vivienda																																																																																														
Fecha de Certificación																																																																																															
Nº.	Criterio	Arama	Indicación																																																																																												
1	Uso adecuado de la vivienda	La vivienda se encuentra en un lugar seguro, el entorno es saludable y se encuentra en buenas condiciones de higiene, sin riesgos ni fuentes de estrés de salud.	1 punto																																																																																												
2		Plan de emergencia: que muestre que la vivienda tiene un plan de emergencia y de respuesta.	2 puntos																																																																																												
Forma de respuesta para cumplir 2 puntos																																																																																															
3	Condiciones físicas de la vivienda	Las paredes y techos se encuentran en buenas condiciones y se realizan labores de mantenimiento y reparación en materiales y vivienda.	2 puntos																																																																																												
4		1. No existe de la vivienda ni de sus dependencias ni de sus alrededores:	1 punto																																																																																												
5		1. La vivienda cuenta con ventilación, desinfección y uso de agua potable.	2 puntos																																																																																												
6		2. La vivienda cuenta con agua potable y saneamiento.	2 puntos																																																																																												
Forma de respuesta para cumplir 4 puntos																																																																																															
7	Agua potable	Agua entubada.	1 punto																																																																																												
8		Hay agua en suero o agua potable.	1 punto																																																																																												
9		Centro de agua potable.	1 punto																																																																																												
Forma de respuesta para cumplir 3 puntos																																																																																															
10	Bogada urbana	Los habitantes disponen de agua potable y de agua para consumo humano.	2 puntos																																																																																												
11		Los habitantes disponen de agua potable y de agua para consumo humano.	2 puntos																																																																																												
12		Desagua o drenaje de basura.	2 puntos																																																																																												
Forma de respuesta para cumplir 2 puntos																																																																																															
13	Entorno adecuado de vivienda	Entorno: La vivienda se encuentra en suelo seco y seco.	1 punto																																																																																												
14		Entorno: La vivienda cuenta con agua potable, gas, electricidad y agua para consumo humano.	2 puntos																																																																																												
15		Entorno: La vivienda cuenta con agua potable, gas, electricidad y agua para consumo humano.	2 puntos																																																																																												
Forma de respuesta para cumplir 3 puntos																																																																																															

  |



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

*Renglon 85*

**FICHA TÉCNICA**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 4 DE 4
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 72	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

**NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLOCK DE 100 HOJAS (1 BLOCK POR CADA 100 VIVIENDAS A CERTIFICAR)**

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																																																																						
	<p>REVERSO</p> <p><b>Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud</b> Oficina de Gestión de la Calidad y la Evaluación de la Salud</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Criterio</th> <th>Item</th> <th>Evaluación</th> <th>Puntaje</th> <th>Puntaje por criterio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td rowspan="7">Higiene y higiene</td> <td><b>Llene de vestires</b> La vivienda se mantiene limpia y ordenada, sin polvos, restos de alimento, basura, entre otros, sin malos olores presentes en el interior.</td> <td>2 APROBADA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td><b>Almacenamiento de la vivienda</b> La vivienda se mantiene limpia y ordenada, sin polvos, restos de alimento, basura, entre otros, sin malos olores presentes en el interior.</td> <td>2 APROBADA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td><b>Uso adecuado de la vivienda</b> Los alrededores de la vivienda se mantienen limpios y sin basura, sin polvos, restos de alimento, basura, entre otros, sin malos olores presentes en el exterior.</td> <td>2 APROBADA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td><b>Uso apropiado de la vivienda</b> Los propietarios de la vivienda, sus familiares y sus invitados, se mantienen en la vivienda limpia, limpian sus manos y los objetos que utilizan.</td> <td>2 APROBADA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td><b>Almacenamiento de comestibles</b> Los comestibles se guardan en recipientes herméticos, sin polvos, restos de alimento, entre otros y se mantienen limpios y sin malos olores.</td> <td>2 APROBADA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td><b>Uso apropiado de los baños</b> Los baños se mantienen limpios, sin polvos, restos de alimento, entre otros y se mantienen en buenas condiciones.</td> <td>2 APROBADA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td><b>Uso apropiado de los baños</b> Los baños se mantienen limpios, sin polvos, restos de alimento, entre otros y se mantienen en buenas condiciones.</td> <td>2 APROBADA</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Evaluación Final para la certificación de la vivienda favorable a la salud</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Criterio</th> <th>Puntaje mínimo para certificar</th> <th>Puntaje obtenido para certificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utilización</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Evaluación de la vivienda</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Almacenamiento</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Residuos sólidos</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento de las viviendas</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Higiene y vestires</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>24</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Si la vivienda no cumple con el puntaje mínimo para cada criterio, no será certificada.</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre y firma del agente de la Secretaría de Salud</td> <td>Nombre: Lengua Técnica de acuerdo la certificación</td> </tr> <tr> <td>Nombre y firma del director de la Dirección de Salud Pública</td> <td>Nombre y firma del Comisionado Jurisdiccional de Promoción de la Salud</td> </tr> </table>	No.	Criterio	Item	Evaluación	Puntaje	Puntaje por criterio	16	Higiene y higiene	<b>Llene de vestires</b> La vivienda se mantiene limpia y ordenada, sin polvos, restos de alimento, basura, entre otros, sin malos olores presentes en el interior.	2 APROBADA			17	<b>Almacenamiento de la vivienda</b> La vivienda se mantiene limpia y ordenada, sin polvos, restos de alimento, basura, entre otros, sin malos olores presentes en el interior.	2 APROBADA			18	<b>Uso adecuado de la vivienda</b> Los alrededores de la vivienda se mantienen limpios y sin basura, sin polvos, restos de alimento, basura, entre otros, sin malos olores presentes en el exterior.	2 APROBADA			19	<b>Uso apropiado de la vivienda</b> Los propietarios de la vivienda, sus familiares y sus invitados, se mantienen en la vivienda limpia, limpian sus manos y los objetos que utilizan.	2 APROBADA			20	<b>Almacenamiento de comestibles</b> Los comestibles se guardan en recipientes herméticos, sin polvos, restos de alimento, entre otros y se mantienen limpios y sin malos olores.	2 APROBADA			21	<b>Uso apropiado de los baños</b> Los baños se mantienen limpios, sin polvos, restos de alimento, entre otros y se mantienen en buenas condiciones.	2 APROBADA			22	<b>Uso apropiado de los baños</b> Los baños se mantienen limpios, sin polvos, restos de alimento, entre otros y se mantienen en buenas condiciones.	2 APROBADA			Criterio	Puntaje mínimo para certificar	Puntaje obtenido para certificación	Utilización	4	4	Evaluación de la vivienda	4	4	Almacenamiento	4	4	Residuos sólidos	4	4	Mantenimiento de las viviendas	4	4	Higiene y vestires	4	4	Total	24	24	Nombre y firma del agente de la Secretaría de Salud	Nombre: Lengua Técnica de acuerdo la certificación	Nombre y firma del director de la Dirección de Salud Pública	Nombre y firma del Comisionado Jurisdiccional de Promoción de la Salud	
No.	Criterio	Item	Evaluación	Puntaje	Puntaje por criterio																																																																			
16	Higiene y higiene	<b>Llene de vestires</b> La vivienda se mantiene limpia y ordenada, sin polvos, restos de alimento, basura, entre otros, sin malos olores presentes en el interior.	2 APROBADA																																																																					
17		<b>Almacenamiento de la vivienda</b> La vivienda se mantiene limpia y ordenada, sin polvos, restos de alimento, basura, entre otros, sin malos olores presentes en el interior.	2 APROBADA																																																																					
18		<b>Uso adecuado de la vivienda</b> Los alrededores de la vivienda se mantienen limpios y sin basura, sin polvos, restos de alimento, basura, entre otros, sin malos olores presentes en el exterior.	2 APROBADA																																																																					
19		<b>Uso apropiado de la vivienda</b> Los propietarios de la vivienda, sus familiares y sus invitados, se mantienen en la vivienda limpia, limpian sus manos y los objetos que utilizan.	2 APROBADA																																																																					
20		<b>Almacenamiento de comestibles</b> Los comestibles se guardan en recipientes herméticos, sin polvos, restos de alimento, entre otros y se mantienen limpios y sin malos olores.	2 APROBADA																																																																					
21		<b>Uso apropiado de los baños</b> Los baños se mantienen limpios, sin polvos, restos de alimento, entre otros y se mantienen en buenas condiciones.	2 APROBADA																																																																					
22		<b>Uso apropiado de los baños</b> Los baños se mantienen limpios, sin polvos, restos de alimento, entre otros y se mantienen en buenas condiciones.	2 APROBADA																																																																					
Criterio	Puntaje mínimo para certificar	Puntaje obtenido para certificación																																																																						
Utilización	4	4																																																																						
Evaluación de la vivienda	4	4																																																																						
Almacenamiento	4	4																																																																						
Residuos sólidos	4	4																																																																						
Mantenimiento de las viviendas	4	4																																																																						
Higiene y vestires	4	4																																																																						
Total	24	24																																																																						
Nombre y firma del agente de la Secretaría de Salud	Nombre: Lengua Técnica de acuerdo la certificación																																																																							
Nombre y firma del director de la Dirección de Salud Pública	Nombre y firma del Comisionado Jurisdiccional de Promoción de la Salud																																																																							

ELABORÓ:	LIC. MICHELLE FERNÁNDEZ MOCTEZUMA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ÓRGULLO

ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Renglón 86

FICHA TÉCNICA		
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 8	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 33604	MARCA:	
CANTIDAD: 19	MODELO:	
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORÍGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLOCK DE 100 HOJAS CON LOS FORMATOS PARA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDAD (1 POR COMUNIDAD)		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
27	<p>FORMATOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDADES</p> <p>BLOCKS DE 100 HOJAS FORMATOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD</p> <p>TAMAÑO CARTA 28 X 21.5 CM.</p> <p>PAPEL BOND DE 75 G/M2(37KG.)</p> <p>IMPRESIÓN COLOR AMBOS LADOS 4 X 4 TINTAS</p> <p>CON SILICÓN PARA DESPRENDER EN LA PARTE SUPERIOR</p> <p>GARANTIA DE 6 MESES</p> <p>ENTREGAR AL ÁREA TÉCNICA PARA SU VALIDACIÓN ANTES DE SU IMPRESIÓN</p> <p>CARATULA</p> <p>FORMATO 1 ACTA CONSTITUTIVA IMPRESIÓN DE UN LADO</p> <p>FORMATO 2 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS IMPRESIÓN DE AMBOS LADOS</p> <p>FORMATO 3 PLAN DE TRABAJO IMPRESIÓN DE AMBOS LADOS</p> <p>FORMATO 4 MINUTA DE TRABAJO IMPRESIÓN DE AMBOS LADOS</p> <p>FORMATO 5 CÉDULA DE CERTIFICACIÓN IMPRESIÓN DE UN LADO</p> <p>FORMATO 6 CÉDULA DE CERTIFICACIÓN IMPRESIÓN DE UN LADO</p> <p>FORMATO 7 CÉDULA DE CERTIFICACIÓN IMPRESIÓN DE UN LADO</p> <p>ENTREGAR PRELIMINAR AL ÁREA TÉCNICA PARA SU VALIDACIÓN ANTES DE SU IMPRESIÓN</p>	19



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

JP Rengbeng 86

FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE DESCRIPCION	HOJA: 2 DE 8
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 19	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORÍGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLOCK DE 100 HOJAS CON LOS FORMATOS PARA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDAD (1 POR COMUNIDAD)



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO




**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

Rengb86

FICHA TÉCNICA			
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN		HOJA: 3 DE 8	
LICITACIÓN		PROVEEDOR:	
PARTIDA: 33604		MARCA:	
CANTIDAD: 19		MODELO:	
CLAVE S.S. S/C		CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO		ORÍGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022	
		CANTIDAD OFERTADA:	
<b>NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLOCK DE 100 HOJAS CON LOS FORMATOS PARA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDAD (1 POR COMUNIDAD)</b>			
NÚMERO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
	<b>FORMATO 2 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS IMPRESIÓN DE AMBOS LADOS</b> 		
			



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

Renglón 86

FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 4 DE 8
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 19	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORÍGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLOCK DE 100 HOJAS CON LOS FORMATOS PARA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDAD (1 POR COMUNIDAD)



**ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

Benglon 86

## **FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 5 DE 8
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 19	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORÍGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLOCK DE 100 HOJAS CON LOS FORMATOS PARA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDAD (1 POR COMUNIDAD)



ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Renglon 86

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 6 DE 8
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 19	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORÍGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:


NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLOCK DE 100 HOJAS CON LOS FORMATOS PARA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDAD (1 POR COMUNIDAD)

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																																																																																									
	<p>FORMATO 5 CÉDULA DE CERTIFICACIÓN IMPRESIÓN DE UN LADO</p> <p><b>Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud</b> Gobernación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave</p> <p><b>Cédula para la certificación de una comunidad Promotora de la Salud</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Entidad Federativa:</td> <td>Municipio/Delegación:</td> <td>Jurisdicción Sanitaria:</td> </tr> <tr> <td>Localidad:</td> <td>Clave INEGI:</td> <td>Población:</td> </tr> <tr> <td>Unidad de Salud:</td> <td>No. CLUES:</td> <td>Fecha:</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Etapa</th> <th>Intervención</th> <th>Evidencia</th> <th>Puntaje Establecido</th> <th>Puntaje de cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Inicio del proceso de certificación</td> <td>1.1. Presentación del Comité Local de Salud</td> <td>1.1.1. Acta de constitución del Comité Local de Salud</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2. Desarrollo y ejecución de las intervenciones</td> <td>2.1. Desarrollo de las intervenciones</td> <td>2.1.1. Documentos de las intervenciones</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3. Evaluación del Desarrollo Participativo, Plan de Trabajo y Participación</td> <td>3.1. Plan de Trabajo y Participación</td> <td>3.1.1. Documentos de la evaluación</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td><td>15</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Etapa</th> <th>Intervención</th> <th>Evidencia</th> <th>Puntaje Establecido</th> <th>Puntaje de cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objetivo de Salud</td> <td>4. Desarrollo de las intervenciones de salud</td> <td>Formato SG-15-COM-CAP</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Desarrollo de las intervenciones de salud</td> <td>Formato SG-15-CAP-COM-CAP</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. Desarrollo de las intervenciones de salud</td> <td>Formato SG-15-CAP-COM-CAP</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. Desarrollo de las intervenciones de salud</td> <td>Formato SG-15-CAP-COM-CAP</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td><td>25</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Etapa</th> <th>Intervención</th> <th>Evidencia</th> <th>Puntaje Establecido</th> <th>Puntaje de cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acta de inicio de las intervenciones de la salud</td> <td>8. Presentación de acciones del Comité Local de Salud para seguir mejorando el manejo de la salud en su comunidad</td> <td>Acta de las acciones del Comité Local de Salud</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9. Identificación de las intervenciones de salud</td> <td>Acta de identificación de las intervenciones de salud</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10. Identificación de las intervenciones de salud</td> <td>Acta de identificación de las intervenciones de salud</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td><td>15</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Entidad Federativa:	Municipio/Delegación:	Jurisdicción Sanitaria:	Localidad:	Clave INEGI:	Población:	Unidad de Salud:	No. CLUES:	Fecha:	Etapa	Intervención	Evidencia	Puntaje Establecido	Puntaje de cumplimiento	1. Inicio del proceso de certificación	1.1. Presentación del Comité Local de Salud	1.1.1. Acta de constitución del Comité Local de Salud	5	5	2. Desarrollo y ejecución de las intervenciones	2.1. Desarrollo de las intervenciones	2.1.1. Documentos de las intervenciones	5	5	3. Evaluación del Desarrollo Participativo, Plan de Trabajo y Participación	3.1. Plan de Trabajo y Participación	3.1.1. Documentos de la evaluación	5	5	Total:		15			Etapa	Intervención	Evidencia	Puntaje Establecido	Puntaje de cumplimiento	Objetivo de Salud	4. Desarrollo de las intervenciones de salud	Formato SG-15-COM-CAP	4	4		5. Desarrollo de las intervenciones de salud	Formato SG-15-CAP-COM-CAP	4	4		6. Desarrollo de las intervenciones de salud	Formato SG-15-CAP-COM-CAP	10	10		7. Desarrollo de las intervenciones de salud	Formato SG-15-CAP-COM-CAP	7	7	Total:		25			Etapa	Intervención	Evidencia	Puntaje Establecido	Puntaje de cumplimiento	Acta de inicio de las intervenciones de la salud	8. Presentación de acciones del Comité Local de Salud para seguir mejorando el manejo de la salud en su comunidad	Acta de las acciones del Comité Local de Salud	5	5		9. Identificación de las intervenciones de salud	Acta de identificación de las intervenciones de salud	5	5		10. Identificación de las intervenciones de salud	Acta de identificación de las intervenciones de salud	5	5	Total:		15			
Entidad Federativa:	Municipio/Delegación:	Jurisdicción Sanitaria:																																																																																									
Localidad:	Clave INEGI:	Población:																																																																																									
Unidad de Salud:	No. CLUES:	Fecha:																																																																																									
Etapa	Intervención	Evidencia	Puntaje Establecido	Puntaje de cumplimiento																																																																																							
1. Inicio del proceso de certificación	1.1. Presentación del Comité Local de Salud	1.1.1. Acta de constitución del Comité Local de Salud	5	5																																																																																							
2. Desarrollo y ejecución de las intervenciones	2.1. Desarrollo de las intervenciones	2.1.1. Documentos de las intervenciones	5	5																																																																																							
3. Evaluación del Desarrollo Participativo, Plan de Trabajo y Participación	3.1. Plan de Trabajo y Participación	3.1.1. Documentos de la evaluación	5	5																																																																																							
Total:		15																																																																																									
Etapa	Intervención	Evidencia	Puntaje Establecido	Puntaje de cumplimiento																																																																																							
Objetivo de Salud	4. Desarrollo de las intervenciones de salud	Formato SG-15-COM-CAP	4	4																																																																																							
	5. Desarrollo de las intervenciones de salud	Formato SG-15-CAP-COM-CAP	4	4																																																																																							
	6. Desarrollo de las intervenciones de salud	Formato SG-15-CAP-COM-CAP	10	10																																																																																							
	7. Desarrollo de las intervenciones de salud	Formato SG-15-CAP-COM-CAP	7	7																																																																																							
Total:		25																																																																																									
Etapa	Intervención	Evidencia	Puntaje Establecido	Puntaje de cumplimiento																																																																																							
Acta de inicio de las intervenciones de la salud	8. Presentación de acciones del Comité Local de Salud para seguir mejorando el manejo de la salud en su comunidad	Acta de las acciones del Comité Local de Salud	5	5																																																																																							
	9. Identificación de las intervenciones de salud	Acta de identificación de las intervenciones de salud	5	5																																																																																							
	10. Identificación de las intervenciones de salud	Acta de identificación de las intervenciones de salud	5	5																																																																																							
Total:		15																																																																																									
		1/3																																																																																									



ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Renglon 86

FICHA TÉCNICA																																																														
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 7 DE 8																																																													
LICITACIÓN	PROVEEDOR:																																																													
PARTIDA: 33604	MARCA:																																																													
CANTIDAD: 19	MODELO:																																																													
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:																																																													
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORÍGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022																																																													
	CANTIDAD OFERTADA:																																																													
NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLOCK DE 100 HOJAS CON LOS FORMATOS PARA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDAD (1 POR COMUNIDAD)																																																														
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																																																												
	FORMATO 6 CÉDULA DE CERTIFICACIÓN IMPRESIÓN DE UN LADO																																																													
 <p>Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave</p> <p><b>Cédula para la certificación de una comunidad Promotora de la Salud</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Etapas</th> <th>Interventor</th> <th>Evidencia</th> <th>Puntaje de establecimiento</th> <th>Puntaje de cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D. Evaluación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. Entrega</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. Entrega de certificación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. Manejo sistemático de los resultados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H. Comunitaria</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Cooperación con las autoridades y organizaciones locales</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Único Órgano descentralizado</th> <th>Programa</th> <th>Indicador</th> <th>Puntaje establecido</th> <th>Puntaje de cumplimiento</th> <th>Autonomía propia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consejo Nacional para la Familia y la Infancia</td> <td>Operativo de atención a la infancia</td> <td>Colaboración con las autoridades y organizaciones locales</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consejo Nacional para la Familia y la Infancia</td> <td>Operativo de atención a la infancia</td> <td>Colaboración con las autoridades y organizaciones locales</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consejo Nacional para la Familia y la Infancia</td> <td>Operativo de atención a la infancia</td> <td>Colaboración con las autoridades y organizaciones locales</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consejo Nacional para la Familia y la Infancia</td> <td>Operativo de atención a la infancia</td> <td>Colaboración con las autoridades y organizaciones locales</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Etapas	Interventor	Evidencia	Puntaje de establecimiento	Puntaje de cumplimiento	D. Evaluación					E. Entrega					F. Entrega de certificación					G. Manejo sistemático de los resultados					H. Comunitaria					Único Órgano descentralizado	Programa	Indicador	Puntaje establecido	Puntaje de cumplimiento	Autonomía propia	Consejo Nacional para la Familia y la Infancia	Operativo de atención a la infancia	Colaboración con las autoridades y organizaciones locales	7			Consejo Nacional para la Familia y la Infancia	Operativo de atención a la infancia	Colaboración con las autoridades y organizaciones locales	7			Consejo Nacional para la Familia y la Infancia	Operativo de atención a la infancia	Colaboración con las autoridades y organizaciones locales	7			Consejo Nacional para la Familia y la Infancia	Operativo de atención a la infancia	Colaboración con las autoridades y organizaciones locales	7		
Etapas	Interventor	Evidencia	Puntaje de establecimiento	Puntaje de cumplimiento																																																										
D. Evaluación																																																														
E. Entrega																																																														
F. Entrega de certificación																																																														
G. Manejo sistemático de los resultados																																																														
H. Comunitaria																																																														
Único Órgano descentralizado	Programa	Indicador	Puntaje establecido	Puntaje de cumplimiento	Autonomía propia																																																									
Consejo Nacional para la Familia y la Infancia	Operativo de atención a la infancia	Colaboración con las autoridades y organizaciones locales	7																																																											
Consejo Nacional para la Familia y la Infancia	Operativo de atención a la infancia	Colaboración con las autoridades y organizaciones locales	7																																																											
Consejo Nacional para la Familia y la Infancia	Operativo de atención a la infancia	Colaboración con las autoridades y organizaciones locales	7																																																											
Consejo Nacional para la Familia y la Infancia	Operativo de atención a la infancia	Colaboración con las autoridades y organizaciones locales	7																																																											

Y



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



**ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

Rengör 86

FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 8 DE 8
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 19	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORÍGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENERICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLOCK DE 100 HOJAS CON LOS FORMATOS PARA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDAD (1 POR COMUNIDAD)

ELABORÓ: LIC. MICHELLE FERNÁNDEZ MOCTEZUMA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL ✓  
 REVISÓ: DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD ✓  
 AUTORIZÓ: DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA ✓



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

Renación 87

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: IMPRESIÓN DE CÓMICS PARA CAMBIO DE COMPORTAMIENTO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA ESCUELAS

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
28	<p>LOTE QUE CONTIENE: 1. FOLLETOS (CÓMICS)</p> <p>2. IMPRESIÓN A COLOR DE ALTA CALIDAD</p> <p>3. EN PAPEL COUCHE MATE DE 90 GRS</p> <p>4. PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTULINA COUCHE</p> <p>1. "LA LLEGADA DE LA REINA LIPIDA" 915 FOLLETOS (CÓMICS)</p> <p>2. "EL CASO DE LOS NIÑOS PASA" 914 FOLLETOS (CÓMICS)</p> <p>3. "LA INMOVILIDAD DEL SER" 914 FOLLETOS (CÓMICS)</p> <p>GARANTÍA 6 MESES</p>	1.

ENTREGAR MUESTRA AL ÁREA TÉCNICA PARA  
VALIDACIÓN, ANTES DE SU IMPRESIÓN FINAL



ELABORÓ:	LIC. MICHELLE FERNÁNDEZ MOCTEZUMA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO

**ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**


FICHA TÉCNICA

*Renglón 89*

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33604	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 50641, RAMO 12 2022
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MANUALES (10 MANUALES POR JURISDICCIÓN, \$500 POR MANUAL)

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
30	LOTE QUE CONTIENE 110 MANUALES 2. 41 HOJAS EN TAMAÑO CARTA (21.5CM X 28CM) 3. PAPEL BOND IMPRESO A COLOR 4. 81 PÁGINAS 5. PORTADA Y CONTRA PORTADA EN CARTULINA COUCHE DE 350GRS, A COLOR 6. EMPASTADO TÉRMICO 7. DISEÑO DE ACUERDO AL ARCHIVO ELECTRÓNICO 8. 6 MESES DE GARANTÍA <b>ENTREGAR MUESTRA AL ÁREA TÉCNICA PARA VALIDACIÓN,</b>	1
   <small>Propiedad de la Secretaría de Salud Méjico. Reservados todos los derechos. No se permite su uso sin autorización.</small>		
		

ELABORÓ:	LIC. MICHELLE FERNÁNDEZ MOCTEZUMA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL <input checked="" type="checkbox"/>
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD <input checked="" type="checkbox"/>
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA 



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 93

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 5
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12-PROCESO 50636 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN GUARDERÍAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p><b>IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN GUARDERÍAS 2022</b></p> <p>PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE ESTUDIO EN GUARDERÍAS SE DEBERÁ ENVIAR A LA INSTANCIA FEDERAL, EN ESTE CASO AL SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (STCONAPRA) PARA VISTO BUENO, DOCUMENTO QUE AVALE LA EXPERIENCIA DE LA INSTITUCIÓN A CONTRATAR PARA LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO O BIEN EL CURRICULUM VITAE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD.</p> <p>LA ACTIVIDAD DEBERÁ LLEVARSE A CABO CON UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA RECONOCIDA O UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EN CASO DE CONTRATAR A UNA PERSONA PROFESIONAL, ESTA DEBERÁ SER EGRESADA DE UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA RECONOCIDA, CON EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE TRABAJO</p> <p>PARA EFECTOS DE ESTE ESTUDIO EN EL SIGUIENTE LINK SE ANEXA LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN GUARDERÍAS 2022, QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA, LISTAS DE COTEJO, MATERIALES GRÁFICOS Y TODOS LOS FORMATOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO:</p> <p><a href="https://1drv.ms/u/s!AuFiPdDUNra7ivgagWrM1BEqzhtLEA?e=5tQztQ">https://1drv.ms/u/s!AuFiPdDUNra7ivgagWrM1BEqzhtLEA?e=5tQztQ</a></p> <p><b>EL ESTUDIO CONSISTE EN:</b></p> <p><b>1. DISEÑO</b></p> <p>SE LEVANTARÁ INFORMACIÓN SOBRE DIVERSOS FACTORES DE RIESGO DE LESIONES ACCIDENTALES PRESENTES EN GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES DEL MUNICIPIO DE XALAPA.</p> <p>LA ESTRATEGIA CONSTARÁ DE UNA PRIMERA FASE EN LA QUE SE REALIZARÁ UN DIAGNÓSTICO, BASADO EN UNA LISTA DE COTEJO SOBRE CUÁLES SON LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN LAS INSTALACIONES.</p>	1



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 93

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 5
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12-PROCESO 50636 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN GUARDERÍAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>UNA VEZ IDENTIFICADOS LOS FACTORES DE RIESGO, A LOS RESPONSABLES Y AL PERSONAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES O GUARDERÍAS SE LES DEBERÁ EMITIR RECOMENDACIONES DE BAJO COSTO Y ALTO IMPACTO PARA ERRADICARLOS O ATENUARLOS, POR LO QUE LAS RECOMENDACIONES SERÁN DISTINTAS PARA CADA CENTRO EDUCATIVO EN FUNCIÓN DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN CADA SUPERVISIÓN.</p> <p>AL TÉRMINO DEL LEVANTAMIENTO SE ENTREGARÁ A LOS RESPONSABLES Y AL PERSONAL DE LAS GUARDERÍAS O ESTANCIAS INFANTILES, MATERIAL GRÁFICO QUE SERVIRÁ DE APOYO PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES QUE DEBERÁ SER IMPRESO DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ANEXOS EN EL LINK ANTERIOR.</p> <p><b>2. PRESENTACIÓN DE ACCIONES Y GESTIÓN DE AUTORIZACIÓN</b></p> <p>EL RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (ÁREA USUARIA) PROPORCIONARÁ EL LISTADO O DIRECTORIO DE LOS CENTROS EN LAS CUALES SE APLICARÁ LA LISTA DE COTEJO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y PRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE REALIZARAN ENFATIZANDO QUE SU PARTICIPACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE LESIONES ACCIDENTALES EN GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES ES VOLUNTARIA Y QUE, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS HALLAZGOS, NO HAY SANCIONES PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN NI PARA LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES, ES EXCLUSIVAMENTE PARA GENERAR UN DIAGNÓSTICO Y EMITIR RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE RIESGOS.</p> <p>SE DEBE TRAZAR UNA RUTA PARA SER MÁS EFICIENTES AL MOMENTO DE HACER EL LEVANTAMIENTO EN AL MENOS 100 GUARDERÍAS O ESTANCIAS INFANTILES.</p>	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 93

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 3 DE 5
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12-PROCESO 50636 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN GUARDERÍAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p><b>3. CAPACITACIÓN</b></p> <p>UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LOS ENCUESTADORES ENCARGADOS DEL LEVANTAMIENTO, SE DEBE COORDINAR CON EL RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA QUE A SU VEZ SE COORDINE CON EL PERSONAL RESPONSABLE DEL STCONAPRA, LA CAPACITACIÓN DEL MISMO, QUE PREFERENTEMENTE SE REALIZARÁ VÍA VIRTUAL, ESTO CON EL FIN DE HOMOLOGAR LOS CRITERIOS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN, ACLARAR DUDAS SOBRE LA RECOLECCIÓN DE DATOS Y ALGUNAS RECOMENDACIONES SOBRE COMO ELIMINAR LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES.</p> <p>EL NÚMERO DE ENCUESTADORES SERÁ DETERMINADO POR EL RESPONSABLE ESTATAL, EN FUNCIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES Y EL TIEMPO DESTINADO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.</p>	
	<p><b>4. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN</b></p> <p>I) INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES. SE INTEGRARÁ UN EQUIPO DE TRABAJO PARA RECABAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN, DEPENDIENDO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES SERÁ EL NÚMERO DE INTEGRANTES, DE ACUERDO AL CUADROS. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES QUE SE DETALLA EN LA GUÍA METODOLÓGICA ANEXA EN EL LINK ANTES MENCIONADO. ES IMPORTANTE QUE TODO EL TRABAJO SEA COORDINADO POR EL RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.</p> <p>ES NECESARIO INTEGRAR UN REGISTRO DEL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN ESTE PROYECTO PARA FINES ADMINISTRATIVOS. EL REGISTRO DEBERÁ INTEGRAR LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA EN LA GUÍA METODOLÓGICA EN EL CUADRO 6. INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.</p>	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

REnglón 93

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 4 DE 5
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12-PROCESO 50636 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN GUARDERÍAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
II.	<p>LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. SE DEBERÁ RECABAR INFORMACIÓN EN AL MENOS 100 GUARDERÍAS O ESTANCIAS INFANTILES A TRAVÉS DE UNA LISTA DE COTEJO, PARA IDENTIFICAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS FACTORES DE RIESGO DE LESIONES ACCIDENTALES (ANEXO A). LOS INSTRUMENTOS SERÁN LLENADOS POR LOS ENCESTADORES EN UN TIEMPO APROXIMADO DE 45 MINUTOS. ADEMÁS DEL LLENADO DE LA LISTA DE COTEJO SE DEBEN TOMAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ESTANCIA INFANTIL O GUARDERÍA, FOTOGRAFÍAS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS. POR CUESTIÓN DE CONFIDENCIALIDAD SE DEBE EVITAR TOMAR FOTOGRAFÍAS DONDE APAREZCA EL ROSTRO DE LOS MENORES A PESAR DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN DE LA CUIDADORA O RESPONSABLE DEL CENTRO DE ATENCIÓN. PARA EL REGISTRO DE LA PREGUNTA 2.5 DE LA LISTA DE COTEJO, SE DEBERÁ VERIFICAR QUE EL BOTIQUÍN CUENTE CON TODOS LOS MATERIALES PRESENTADOS EN EL ANEXO B. AL CONCLUIR EL LEVANTAMIENTO, SE DEBEN EMITIR RECOMENDACIONES PARA ERRADICAR LOS PRINCIPALES RIESGOS ENCONTRADOS (ANEXO C). LAS RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR RIESGOS ESTARÁN EN FUNCIÓN DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS, ES DECIR, SI EN UNA GUARDERÍA IDENTIFICARON QUE HAY UNA CISTERNA EN EL PATIO Y SÓLO CUENTA CON UN PEDAZO DE LÁMINA PARA CUBRIRLA, LA RECOMENDACIÓN SERÍA: "COLOCAR UNA TAPA METÁLICA CON CERROJO Y CANDADO PARA ELIMINAR RIESGOS DE AHOGAMIENTOS". ADEMÁS, SE ENTREGARÁ MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES ACCIDENTALES (ANEXO D).</p> <p><b>5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN</b> AL CONCLUIR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, SE NOTIFICARÁ AL RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA QUE A SU VEZ NOTIFIQUE AL PERSONAL DEL STCONAPRA PARA QUE ENVÍE</p>	
93		



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 93

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 5 DE 5
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12-PROCESO 50636 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN GUARDERÍAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>EL ENLACE DONDE SE REALIZARÁ LA CAPTURA DE LOS DATOS REGISTRADOS. UNA VEZ CAPTURADA LA INFORMACIÓN Y SEA CONFORMADA LA BASE DE DATOS, EL RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA ENVIARA LA BASE DE DATOS A LA INSTANCIA FEDERAL (STCONAPRA) PARA QUE ÉSTA SEA SOMETIDA A PROCESO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN.</p> <p>EL INFORME DE RESULTADOS SERÁ ELABORADO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN GUARDERÍAS Y SERÁ ENTREGADO AL STCONAPRA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.</p> <p><b>LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.</b></p> <p>LA INFORMACIÓN DEBERÁ SER ENVIADA DE MANERA ELECTRÓNICA AL CORREO <b>COEPRVERACRUZ@HOTMAIL.COM.</b></p> <p>UNA VEZ OBTENIDO EL VISTO BUENO DEL STCONAPRA, SE DARÁ POR CONCLUIDO EL ESTUDIO Y SE PODRÁ PROCEDER A LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.</p> <p><b>EVIDENCIA PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO Y VALIDACIÓN DE INDICADORES EN LA PLATAFORMA SIAFFASPE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BASE DE DATOS CON EL VISTO BUENO DEL STCONAPRA</li> <li>2. INFORME DE RESULTADOS CON EL VISTO BUENO DEL STCONAPRA</li> <li>3. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA</li> </ol> <p><b>'NOTA:</b> LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA EVIDENCIA DEBE SER LA MISMA QUE CONTENGA LA FACTURA, PARA COMPROBAR LA REALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN GUARDERÍAS.</p>	
ELABORÓ:	M.S.P. CYNTHIA ALARCÓN MORA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Rengón 94

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 4
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50635
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: MEDICIÓN DE USO DE CASCO Y ROPA PROTECTORA EN MOTOCICLISTAS 2022.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>MEDICIÓN DE USO DE CASCO Y ROPA PROTECTORA EN MOTOCICLISTAS 2022.</p> <p>PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE ESTUDIO EN MOTOCICLISTAS SE DEBERÁ ENVIAR A LA INSTANCIA FEDERAL, EN ESTE CASO AL SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (STCONAPRA) PARA VISTO BUENO, DOCUMENTO QUE AVALE LA EXPERIENCIA DE LA INSTITUCIÓN A CONTRATAR PARA LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO O BIEN EL CURRICULUM VITAE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD.</p> <p>LA ACTIVIDAD DEBERÁ LLEVARSE A CABO CON UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA RECONOCIDA O UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EN CASO DE CONTRATAR A UNA PERSONA PROFESIONAL, ESTA DEBERÁ SER EGRESADA DE UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA RECONOCIDA, CON EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE TRABAJO</p> <p>PARA EFECTOS DE ESTE ESTUDIO EN EL SIGUIENTE LINK SE ANEXA LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA MEDICIÓN DE USO DE CASCO Y ROPA PROTECTORA EN MOTOCICLISTAS 2022, QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA, LISTAS DE COTEJO Y TODOS LOS FORMATOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO:</p> <p>HTTPS://1DRV.MS/U/SIAUFIPDDUNRA7IVD47- FFH8HR9F0WIW?E=KEUJ9N</p> <p>EL ESTUDIO CONSISTE EN:</p> <p>1. PLANEACIÓN:</p> <p>ESTARÁ A CARGO DEL LÍDER ESTATAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y ESTE DEBERÁ INFORMAR A LA INSTANCIA FEDERAL (STCOEPRA) LAS FECHAS EN LAS QUE SE REALIZARÁ EL ESTUDIO A TRAVÉS DEL LLENADO DE LOS ANEXOS 1 AL 4, LOS CUALES CONTIENEN: LA FICHA DE PLANEACIÓN (ANEXO 1), LA FICHA DE REGISTRO DEL EQUIPO DE TRABAJO (FICHA 2), EL CALENDARIO DE TRABAJO (ANEXO 3) Y LA LISTA DE INTERSECCIONES EN</p>	1

GR  
M

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 94

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 4
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50635
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: MEDICIÓN DE USO DE CASCO Y ROPA PROTECTORA EN MOTOCICLISTAS 2022.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>LAS QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA INFORMACIÓN (ANEXO 4) Y CUYOS FORMATOS SE ENCUENTRAN EN EL LINK ANTERIORMENTE MENCIONADO.</p> <p>2. EQUIPO DE TRABAJO</p> <p>EL ENCARGADO DE REALIZAR LA MEDICIÓN DEBERÁ INTEGRAR UN EQUIPO DE TRABAJO QUE CUENTE CON: COORDINADOR, SUPERVISOR Y OBSERVADORES, CUYAS FUNCIONES Y ESCOLARIDADES SE DESCRIBREN EN LA GUÍA METODOLÓGICA ANEXA EN EL LINK ANTERIOR.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS SEIS OBSERVADORES. LOS DATOS DE LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS SE DEBERÁN REPORTAR EN EL ANEXO 2. EN CADA INTERSECCIÓN DEBERÁ RECOLECTAR INFORMACIÓN UN OBSERVADOR, INTERCALANDO CADA 50 MINUTOS DE REGISTRO CON UN DESCANSO DE 10 MINUTOS, ESTO CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL CANSANCIO Y TENER UNA MEJOR PRECISIÓN DE LOS DATOS.</p> <p>3. CALENDARIO DE TRABAJO Y RECOLECIÓN DE DATOS</p> <p>SE SELECCIONARÁ UNA SEMANA COMPLETA PARA REALIZAR EL REGISTRO EN CAMPO, ES DECIR, SIETE DIAS CONSECUTIVOS. A PARTIR DE LA FECHA DE TÉRMINO DEL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SE DETERMINARÁN LOS PERIODOS EN LOS QUE SE LLEVRÁ A CABO EL PROCESO DE CAPTURA, ANÁLISIS DE DATOS Y ENTREGA DE INFORMES, PARA EL LLENADO DEL ANEXO 1. PARA ORGANIZAR AL EQUIPO DE TRABAJO SE DEBE ELABORAR UN CALENDARIO POR CADA UNO DE LOS OBSERVADORES ( ANEXO 3), EN EL QUE SE DEBEN INCLUIR DÍA, HORA Y CALLES QUE CONFORMAN LA INTERSECCIÓN. CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: ° EL TAMAÑO DE LA MUESTRA DEBERÁ SER DIVIDIDO ENTRE SIETE Y ASÍ SE OBTENDRÁ UNA META DE REGISTROS POR CADA DÍA DE LA SEMANA. ° SE RECOLECTARÁ LA MITAD DE LA MUESTRA ENTRE DOS TURNOS POR DÍA: PRIMER TURNO 09:00 - 13:30 Y SEGUNDO TURNO 13:30 - 18:00 ° CADA TURNO FINALIZARÁ AL TERMINAR LA RECOLECCIÓN DEL NÚMERO DE REGISTROS QUE CUMPLAN CON LA META Y AL FINALIZAR CADA DÍA, SE CONTARÁN CON LA MITAD DE DATOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TURNO Y LA OTRA MITAD DEL SEGUNDO TURNO.</p>	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 94

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 3 DE 4
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50635
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: MEDICIÓN DE USO DE CASCO Y ROPA PROTECTORA EN MOTOCICLISTAS 2022.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	<p>ENTRE DOS TURNOS POR DÍA: PRIMER TURNO 09:00 - 13:30 Y SEGUNDO TURNO 13:30 - 18:00 ° CADA TURNO FINALIZARÁ AL TERMINAR LA RECOLECCIÓN DEL NÚMERO DE REGISTROS QUE CUMPLAN CON LA META Y AL FINALIZAR CADA DÍA, SE CONTARÁN CON LA MITAD DE DATOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TURNO Y LA OTRA MITAD DEL SEGUNDO TURNO. DURANTE LA RECOLECCIÓN DE DATOS SE DEBERÁN TOMAR FOTOGRAFÍAS DE CADA OBSERVADOR EN CADA UNA DE LAS INTERSECCIONES, YA QUE SE REQUIERE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.</p> <p>4. CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS DE OBSERVACIÓN LA MEDICIÓN SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER., Y LOS SITIOS DE OBSERVACIÓN SERÁN PROPORCIONADOS POR EL ÁREA USUARIA</p> <p>5. TAMAÑO DE LA MUESTRA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA REQUERIDO PARA ESTA MEDICIÓN ES DE MÍNIMO 700 ENCUESTAS EFECTIVAS EN TOTAL.</p> <p>6. MATERIALES CREDENCIAL QUE IDENTIFIQUE A CADA UNO DE LOS OBSERVADORES, ASÍ COMO UN CHALECO CON MATERIAL REFLEJANTE. FORMATOS IMPRESOS: EL FORMATO PARA LOS OBSERVADORES SE ENCUENTRA EN EL ANEXOS 6, EL CUAL CONTIENE APARTADOS PARA EL REGISTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTOCICLISTAS.</p> <p>5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN AL CONCLUIR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, SE NOTIFICARÁ AL RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL PARA QUE A SU VEZ NOTIFIQUE AL PERSONAL DEL STCONAPRA PARA QUE ENVÍE EL ENLACE DONDE SE REALIZARÁ LA CAPTURA DE LOS DATOS REGISTRADOS.</p>	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglón 94

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 4 DE 4
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50635
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: MEDICIÓN DE USO DE CASCO Y ROPA PROTECTORA EN MOTOCICLISTAS 2022.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>UNA VEZ CAPTURADA LA INFORMACIÓN Y SEA CONFORMADA LA BASE DE DATOS, EL RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA ENVIARA LA BASE DE DATOS A LA INSTANCIA FEDERAL (STCONAPRA) PARA QUE ÉSTA SEA SOMETIDA A PROCESO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN.</p> <p>EL INFORME DE RESULTADOS SERÁ ELABORADO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE PARA LA MEDICIÓN DE USO DE CASCO Y ROPA PROTECTORA EN MOTOCICLISTAS 2022 Y SERÁ ENTREGADO AL STCONAPRA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.</p> <p>LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.</p> <p>LA INFORMACIÓN DEBERÁ SER ENVIADA DE MANERA ELECTRÓNICA AL CORREO COEPRA_VERACRUZ@HOTMAIL.COM.</p> <p>UNA VEZ OBTENIDO EL VISTO BUENO DEL STCONAPRA, SE DARÁ POR CONCLUIDO EL ESTUDIO Y SE PODRÁ PROCEDER A LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.</p> <p>EVIDENCIA PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO Y VALIDACIÓN DE INDICADORES EN LA PLATAFORMA SIAFFASPE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BASE DE DATOS CON EL VISTO BUENO DEL STCONAPRA</li> <li>2. INFORME DE RESULTADOS CON EL VISTO BUENO DEL STCONAPRA</li> <li>3. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA</li> </ol> <p>NOTA: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA EVIDENCIA DEBE SER LA MISMA QUE CONTENGA LA FACTURA, PARA COMPROBAR LA REALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN GUARDERÍAS.</p>	
ELABORÓ:	M.S.P. CYNTHIA ALARCÓN MORA - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Sistema de Salud  
del Estado de Veracruz

SESVER  
Servicios de Salud  
del Estado de Veracruz

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SUBDIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

Renglon 95

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 33901	MARCA:
CANTIDAD: 600	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 12 PROCESO 50606 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SERVICIO DE ESTUDIOS CLÍNICOS: PERFILAMIENTO PARA PREP (3 CREATININAS Y UNA PRUEBA RÁPIDA DE VHB) POR PERSONA

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	PERFILAMIENTO PARA PREP (3 CREATININAS Y UNA PRUEBA RÁPIDA DE VHB) POR PERSONA. CREATININA SERICA, POR MÉTODO CINÉTICO COLORÍMÉTRICO DE JAFFE. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA. PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE DE HBsAG DE INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B EN SANGRE ENTERA, SUERO O PLASMA. SENSIBILIDAD: >99.9%, ESPECIFICIDAD: 99.6%, EXACTITUD GENERAL: 99.7%. INCLUYE: CASSETTES DE PRUEBA, GOTEROS, BUFFER, INSERTO, LANCETA, TOALLA ALCOHOLADA. REGISTRO SANITARIO: 1010R2021 SSA. VALIDADA POR EL INDRE. LOS RESULTADOS DEBERÁN SER ENTREGADOS DE MANERA FÍSICA Y POR CORREO ELECTRÓNICO AL CAPASITS CORRESPONDIENTE, CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL QUÍMICO Y EN HOJA MEMBRETADA CON TODOS LOS DATOS DEL PROVEEDOR.  SE DEBE CONTAR CON UN PROVEEDOR EN: POZA RICA, VERACRUZ, XALAPA, RÍO BLANCO Y COATZACOALCOS, UBICADOS EN LA CERCANIA DE LOS CAPASITS	600
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES/JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	<i>Patricia J.</i>
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE/SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	<i>Jessica K.</i>
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES/DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	<i>Guadalupe D.</i>