



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".

EN LA CIUDAD DE XALAPA - ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **ONCE HORAS** DEL DÍA **20 DE ABRIL DE 2023**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS **7.1., 7.2., 7.3 y 7.4** DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS C.C. **LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; **C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, **L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA; **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **L.A. GUADALUPE COLORADO OSORIO Y L.A.E. PATRICIA RIVERA KURI**, COTIZADORAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN. ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LA **LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA Y EL MSI. KARLO POMMIER GRANILLO**, REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADOS MEDIANTE OFICIO No. OIC/SS-SESV ER/FI/1199/2023; A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE **JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".**

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
- 2.- PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITANTES.
- 3.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. -----

5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO. -----

HECHOS

1.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN. -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
C.P.A. VERONICA RAMÓN CORTINA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
L.A. GUADALUPE COLORADO OSORIO	COTIZADORAS ADSCRITAS AL
L.A.E. PATRICIA RIVERA KURI	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO
LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.
MSI. KARLO POMMIER GRANILLO	

2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. -----

NOMBRE	CARGO

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

C. SANDRA MILENA ZULUAGA PRIETO	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.
C. JOSÉ ADDI SALAS SALAS	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SINCRONÍA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V.
C. LUIS MACIAS LIZAOLA	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SUMINISTROS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

QUIENES ACREDITAN SU PERSONALIDAD JURÍDICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO **7.2** DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN.

3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A HACER DE CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES LAS ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES, REALIZADAS POR LA CONVOCANTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 19.1 DE LAS BASES, QUE A LA LETRA DICE "...LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, PODRÁ MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTAS BASES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DEBIENDO DAR AVISO DE LAS MODIFICACIONES A LOS PARTICIPANTES, PARA AQUELLOS QUE NO ACUDAN A LA JUNTA DE ACLARACIONES, DICHAS MODIFICACIONES PODRÁN SER CONSULTADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA [HTTPS://WWW.SSAVER.GOB.MX/ADQUISICIONES/LICITACIONES-2023/](https://WWW.SSAVER.GOB.MX/ADQUISICIONES/LICITACIONES-2023/) CUALQUIER MODIFICACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN DERIVADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE DE AQUELLAS...".

MODIFICACIÓN 1: SE MODIFICA EL PUNTO 13 DE LA PÁGINA 31 DE 79 DE LAS BASES.

DICE

PUNTO 13: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

13.1 EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ SUJETARSE A LAS CONDICIONES QUE SE MENCIONEN EN EL CONTRATO DERIVADO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONTRATOS, SERÁ **EL 02 DE MAYO DE 2023, CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**
EL LICITANTE O LICITANTES QUE RESULTE(N) ADJUDICADO(S), DEBERÁ(N)





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

COMPARCER ANTE EL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA SUSCRIBIR EL (LOS) CONTRATO (S) CORRESPONDIENTE(S), EN HORARIO **DE 9:00 A 14:00 HORAS**, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

DEBE DECIR

PUNTO 13: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

13.1 EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ SUJETARSE A LAS CONDICIONES QUE SE MENCIONEN EN EL CONTRATO DERIVADO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONTRATOS, SERÁ **EL 28 DE ABRIL DE 2023, CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

EL LICITANTE O LICITANTES QUE RESULTE(N) ADJUDICADO(S), DEBERÁ(N) COMPARCER ANTE EL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA SUSCRIBIR EL (LOS) CONTRATO (S) CORRESPONDIENTE(S), EN HORARIO **DE 9:00 A 14:00 HORAS**, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NO. SESVER/DAM/SAH/DATH/5954/2023, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023, SIGNADO POR LA DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO, DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA, SE REALIZA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN:

MODIFICACIÓN 2: SE MODIFICA EN EL ANEXO TÉCNICO III "INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO", DE LA PÁGINA 46 DE 79 DE LAS BASES DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

DICE

1	ANGIOGRAFÍA DIAGNOSTICA (CORONARIA, PERIFÉRICA)	CANTIDAD
	CATETERES PARA ANGIOGRAFÍA DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA, DERECHA O PIGTAIL, CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5 A 4.0 CM CALIBRE 6 FR LONGITUD 100 A 110 CM TIPO JUDKINS.	1

DEBE DECIR

1	ANGIOGRAFÍA DIAGNOSTICA (CORONARIA, PERIFÉRICA)	CANTIDAD
	CATETERES PARA ANGIOGRAFÍA DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA Y DERECHA; O PIGTAIL (SOLO SI EL MÉDICO LO REQUIERE), CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5 A 4.0 CM CALIBRE 5 o 6 FR (A ELECCIÓN DEL MÉDICO) LONGITUD 100 A 110 CM TIPO JUDKINS.	1

4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROcede A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LOS LICITANTES, DE ACUERDO AL OFICIO NO. SESVER/DAM/SAH/DATH/5954/2023, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023, SIGNADO POR LA DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO, DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA.

SINCRONÍA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V.

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	Referencia: Punto 1, numerales 1.3, 1.4. Pregunta: Se entiende que los numerales de mi referencia aplicarán únicamente al licitante que resulte adjudicado. ¿Es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación
2	Referencia: Punto 2, numeral 2.4	

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".






2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	Pregunta: Se entiende que este escrito aplicará únicamente al licitante que resulte adjudicado. ¿Es correcta mi apreciación?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, apegarse a lo solicitado en el numeral 8.2.15 de las bases de licitación.
3	Dice: 8.1.4. Las Propuestas Técnica y Económica, todos y cada uno de los documentos que las integran, así como los sobres que las contienen, deberán presentarse en original, con la firma autógrafo... Preguntas: Mi representada pretende imprimir en una sola cara de la hoja toda la documentación que se está solicitando tanto para la propuesta técnica como para la económica; por lo tanto, entendemos que únicamente se tendrá que firmar autógrafamente la cara de la hoja en donde se encuentra dicha información. Esto con el fin de facilitar la revisión y localización de dicho requisito. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación
4	Dice: 8.1.3. La documentación que integren por separado las Propuestas Técnica y Económica, deberá respetar el orden.....Utilizando separadores y foliando el total de las hojas que la integran, por ejemplo: 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50.... Pregunta: Solicitamos a la convocante se opcional la forma del foliado; sugiriendo un foliado consecutivo ejemplo 1,2,3,4,5... etc. Con el fin de que este requisito es únicamente para el control de la documentación que se está entregando tal como lo señaliza las bases de esta convocatoria. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, apegarse a lo solicitado en el numeral 8.1.3. de las bases de licitación
5	Dice: 8.2.3. Fotocopia simple legible y original o copia certificada ante notario para cotejo del	NO SE ACEPTA, apegarse a lo solicitado en el numeral 8.2.3. de las bases de licitación.



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>Acta Constitutiva de la empresa y en su caso, las modificaciones.</p> <p>Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita únicamente presentar las 2 últimas modificaciones a nuestra acta constitutiva las cuales están inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, donde se podrá verificar que nuestro objeto social se relacione con el giro.</p> <p>¿Se acepta?</p>	
6	<p>PUNTO 8 ISTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DE OFERTAS / 8.2.5 / Página 17 de 79 Dice: En caso de que los materiales y/o insumos ofertados no requieran de registro sanitario, deberá anexar constancia oficial, que lo exima del mismo.</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita en el caso de los insumos que por su naturaleza no requieren registro sanitario presentar las dos primeras páginas del DOF y la pagina donde se haga mención del insumo, ¿se acepta?</p>	Se acepta, siempre y cuando se identifiquen los insumos ofertados, en dicha publicación. Sin ser limitante para los demás participantes.
7	<p>PUNTO 8 ISTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DE OFERTAS / 8.2.5 / Página 16 de 79 Dice: Así mismo, los folletos y/o catálogos del material de consignación, en idioma español, que se utilizarán para la prestación del servicio.</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar del catálogo solo la página en la que se hace referencia del insumo ofertado para agilizar y facilitar su revisión, ¿se acepta?</p>	Se acepta, siempre y cuando se encuentre referenciado el insumo, se identifique a que catálogo de fabricante corresponde y sin tachaduras y enmendaduras. Sin ser limitante para los demás participantes.
8	<p>Referencia: 8.2.5. Cuarto párrafo: Dice: Para el caso de los equipos e insumos de origen extranjero...</p>	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar traducción simple solo de las partes a referenciar de los certificados de calidad de los bienes de origen extranjero, ¿se acepta?	
9	Referencia: 8.2.5. Cuarto párrafo: Dice: Para el caso de los equipos e insumos de origen extranjero, copia de los certificados de calidad: ISO, FDA, CE y/o equivalentes, los cuales deberán estar vigentes a la fecha de presentación y vigencia del servicio a contratar	Es correcta su apreciación, sin ser limitante para los demás participantes
	Pregunta: Entendemos que se deberá presentar alguno de los certificados que apliquen, para los equipos e insumos de acuerdo al país de origen, ¿Es correcta mi apreciación?	
10	Referencia: Punto 8, numeral 8.2.5, páginas 16 y 17. Pregunta: Debido a la especialidad y complejidad del servicio motivo de la presente licitación, consideramos de suma importancia que la contratante y requirente deben de contar con un servicio con altos estándares de calidad, por lo anterior solicitamos a la convocante incluya y solicite como requisito obligatorio y parte integral de la propuesta técnica a nombre del licitante; la certificación ISO 9001:2015 vigente, con al menos un alcance en: prestación de servicios médicos de alta especialidad, mantenimiento de equipos médicos, comercialización de equipo e insumos médicos, de no cumplir con lo anterior será motivo de descalificación,	El cumplimiento de los procesos de los proveedores que oferten la comercialización de insumos médicos, se encuentra validada por la COFEPRIS mediante el aviso de funcionamiento respectivo, ahora bien si su representada desea proporcionar un certificado de calidad de sus procesos de comercialización, expedido por un ente distinto a la COFEPRIS, se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
11	Dice: 8.2.17. Fotocopias simples de 2 (DOS) contratos formalizados con Dependencias Entidades Públicas o privadas, cuyo objeto sea la prestación de servicios de HEMODINAMIA Y	Es correcta su apreciación en cuanto a la antigüedad de los contratos, sin embargo, debe





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


	<p>MARCAPASOS, con una antigüedad mayor a 18 meses, con los que acredite su experiencia...</p> <p>Pregunta: Entendemos que para cumplir con este requisito debemos presentar contratos del 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 etc.</p> <p>¿Es correcta mi apreciación?</p>	<p>cumplir con todo lo solicitado en el documento 8.2.17.</p>
12	<p>Referencia: 8.2.18</p> <ul style="list-style-type: none"> Personal técnico para hemodinamia y marcapasos <p>El licitante deberá presentar en su propuesta técnica el curriculum vitae del personal técnico, el certificado de estudios de la institución que lo avale (enfermería o carrera técnica a fin)</p> <ul style="list-style-type: none"> Se solicita carta bajo protesta de decir verdad que cuenta con el personal técnico calificado para brindar la asistencia técnica en las unidades hospitalarias y horarios correspondientes. <p>Pregunta: Entendemos que, para cumplir con lo antes mencionado, bastará con presentar únicamente la carta bajo protesta,</p> <p>¿Es correcta mi apreciación?</p>	<p>No es correcta su apreciación, apegarse a lo solicitado en el numeral 8.2.18 de las bases de licitación.</p>
13	<p>En caso de que su respuesta sea negativa; entendemos que debemos de presentar Curriculum vitae y certificado de estudios (título o cedula) de enfermería o carrera técnica a fin; de 6 Técnicos en turno y 3 supervisores, esto conforme al Anexo 4 "Personal Técnico" Pagina 53.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
14	<p>Referencia: 8.2.29</p> <p>Pregunta: Solicitamos a la convocante aclarar que se refiere a la última declaración provisional 2023 del mes inmediato anterior.</p>	<p>Es correcta su apreciación, debe ser el último pago provisional de impuestos ante el Sistema de Administración</p>





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	¿Es correcta mi apreciación?	Tributaria, el cual corresponde al mes de marzo 2023.
15	<p>Referente al recuadro de la Pagina 23 "Propuesta Técnica".</p> <p>Pregunta: Para el caso de la propuesta técnica esta se conformará únicamente de los siguientes Anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anexo No. 1 Propuesta Técnica (Procedimientos de Hemodinamia). • Anexo No. 1A Propuesta Técnica (Material de consignación de Hemodinamia) • Anexo No. 1B Propuesta Técnica (Insumos necesarios por procedimiento) • Anexo No. 1C Propuesta Técnica (Material de consigna de Hemodinamia) • Anexo No. 1D Propuesta Técnica (Personal Técnico) <p>Estas mismas serán impresas y adicionalmente en una memoria USB en formato Word o Excel de office 2003-2007, sin celdas combinadas, en mayúsculas, letra panton, tamaño No. 10; debiendo coincidir con el archivo electrónico y el impreso.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Deberá apegarse a lo solicitado en Bases, la propuesta técnica refiere al cumplimiento del punto 8.2</p> <p>Uno de los puntos a cubrir en la propuesta técnica es lo establecido en el numeral 8.2.5 que corresponde a los formatos de su pregunta, así como de los registros sanitarios, certificados de buenas prácticas de fabricación y certificados de calidad.</p> <p style="text-align: right;">✓</p>
16	<p>Referente al recuadro de la Pagina 24 "Propuesta Económica".</p> <p>Pregunta: Para el caso de la propuesta económica esta se conformará únicamente de los siguientes Anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anexo No. 12 Propuesta Económica (Procedimientos de Hemodinamia). • Anexo No. 12A Propuesta Técnica (Material de consignación de Hemodinamia) 	<p>Es correcta su apreciación.</p> <p style="text-align: right;">○</p>





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>Estas mismas serán impresas y adicionalmente en una memoria USB en formato Word o Excel de office 2003-2007, sin celdas combinadas, en mayúsculas, con (2) dos decimales, letra pantón, tamaño No. 10; debiendo coincidir con el archivo electrónico y el impreso.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
17	<p>PUNTO 8.- INSTRUCCIÓN PARA ELABORACIÓN DE OFERTAS</p> <p>8.2.3 Fotocopia simple legible y original o copia certificada ante notario para cotejo del Acta Constitutiva de la empresa, y en su caso, las modificaciones debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad y del Comercio...</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos permita incluir 2 (dos) modificaciones sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, puesto que estas derivan de Asambleas Ordinarias de Accionistas, las cuales, conforme al artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, bastará su validez asentándolas en el libro de actas de asamblea de la Sociedad y no requiere su inscripción forzosa en el mencionado Registro, pero se protocolizan ante Notario para la participación en procedimientos de contratación pública. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.</p> <p style="text-align: right;">✓</p>
18	<p>Anexo Técnico V, Anexo 2. Acreditación de personalidad</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos permita colocar en el Anexo 2, más de un apoderado legal, para efectos de que en caso de que la persona que firma la propuesta, por alguna causa deba ser sustituida, por otro representante legal acreditado desde la presentación de la propuesta. Esto, con el propósito de que, en</p>	<p>Se acepta, siempre y cuando acredite su personalidad jurídica mediante poder notarial.</p> <p style="text-align: right;">○</p> <p style="text-align: right;">✓</p>






2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>caso de ser adjudicada, mi representada pueda disponer de manera indistinta de cualquiera de sus representantes legales acreditados, para la firma del contrato u otros trámites posteriores a la notificación de fallo.</p> <p>Lo anterior conforme al artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles donde se establece que varias personas físicas pueden representar a una sociedad mercantil para alcanzar los objetivos de la misma y bastará con dejar acreditado que dichas personas tienen las facultades para ello. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
19	<p>13.3.9 Acuse de recibido del escrito presentado ante el Órgano Interno de Control, mediante el cual el licitante adjudicado manifieste que no desempeña empleo, cargo o comisión en el Servicio Público...</p> <p>Pregunta: El acuse mencionado deberá contar con el sello del Órgano Interno de Control la dependencia con fecha anterior o posterior a la formalización del contrato (2 de mayo de 2023)</p>	<p>No es correcta su apreciación, apegarse a lo solicitado en el numeral 8.2.14 de las bases de licitación.</p>
20	<p>8.2 Propuesta Técnica y 8.3 Propuesta Económica.</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar nuestras propuestas (Técnica y Económica) en carpetas de 3 aros. ¿Se acepta?</p>	<p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.</p>

A) De carácter técnico.

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>Anexo técnico II, complemento N°25</p> <p>Solicito amablemente a la convocante, nos permita ofertar guía en medidas 0.14 x 182 cm en diversos soportes, esto para no limitar la libre participación de los licitantes ¿Se acepta?</p>	<p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.</p>





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	Anexo técnico II, complemento N°42	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
2	Solicito amablemente a la convocante, nos permita ofertar Guía de presión FFR, tipo Workhorse, punta atraumática. Tipo NAVVUS, ya que la descripción solicitada por la convocante, pertenece a una marca en específico y eso podría limitar la libre participación de los licitantes. ¿Se acepta?	
3	Anexo técnico II, complemento N°43 Solicito amablemente a la convocante me permita ofertar extensión de catéter guía, cumpliendo la función del insumo solicitado ya que la descripción hace referencia a un insumo que pertenece a una sola casa comercial. Esto, para no limitar la libre participación. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
4	Anexo técnico II, complemento N°44 Solicito amablemente a la convocante nos permita ofertar microcatéter coronario, longitud 130 a 150 cm de acero inoxidable y revestimiento hidrofílica. Esto debido a que la descripción solicitada se refiere a una marca en específico, y podría limitar la libre participación. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
5	Anexo técnico II, complemento N°46 Solicito amablemente a la convocante me permita ofertar catéter para dilatación coronaria no complaciente, en medidas que van de los 2.0 mm a los 6.0 mm por 6mm a 30 mm, en plataformas over the wire y Monorail. ¿Se acepta? Ya que la descripción de esta partida, hace referencia a una marca en específico ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
6	Anexo técnico II, complemento N°47 Solicito amablemente a la convocante me indique si en esta partida deberán ofertarse únicamente los consumibles para el equipo de inyección ACIST o debemos entender que dicho equipo no se encuentra en el hospital.	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

7	Anexo técnico III, Procedimiento N°2 Solicito amablemente a la convocante nos permita ofertar PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT) de cromo platino, liberador de everolimus, bioabsorbible, diámetros que van de los 2.25 mm a los 5.0 mm y longitudes de 8 a 48 mm. Esto para no limitar la libre participación ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
8	Anexo técnico III, Procedimiento N°3 Solicito amablemente a la convocante me permita ofertar catéter guía multipropósito con lumen interno de .71" esto con el fin de no limitar la libre participación. ¿Se acepta? Ya que la descripción de esta partida, hace referencia a una marca en específico ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
9	Anexo técnico III, Procedimiento N°11 Solicito amablemente a la convocante nos permita ofertar Guía de presión FFR, tipo Workhorse, punta atraumática. Tipo NAVVUS, ya que la descripción solicitada por la convocante, pertenece a una marca en específico y eso podría limitar la libre participación de los licitantes. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
10	Anexo técnico III, Procedimiento N°18 Solicito amablemente a la convocante, nos permitan ofertar marcapasos multiprogramable comprimido bicameral, terapia de frecuencia adaptativa. carcasa de titanio herméticamente sellada polímero tipo implantable modelos SR,DR y VDDR, batería de monofluoruro de litio-carbono	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
11	Anexo técnico III, Procedimiento N°19 Solicito amablemente a la convocante, nos permitan ofertar marcapasos multiprogramable comprimido unicameral, terapia de frecuencia adaptativa. carcasa de titanio herméticamente sellada polímero tipo implantable modelos SR,DR y VDDR, batería de monofluoruro de litio-carbono	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.




2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	ANEXO TECNICO II SUBPARTIDA 47	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
12	Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar sistema de inyección de administración de fluidos indicado para uso en salas de procedimientos angiográficos de diagnóstico e intervención en cardiología y vascular, el cual se utiliza para administrar medios de contraste intravasculares radiopacos con flujos variables programables y detección de aire, control manual para el médico y consumibles por evento, ya que la descripción de esta subpartida hace referencia a una marca en específico. y esto limita la libre participación, ¿se acepta?	
13	ANEXO TECNICO II SUBPARTIDA 47 En caso de que la respuesta anterior fuera negativa solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar solo el catálogo de esta subpartida, esto con el fin de no limitar la libre participación, ¿se acepta?	Apegarse a la respuesta anterior.

SUMINISTROS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	8. INSTRUCCIÓN DE ELABORACION DE OFERTAS, SOLICITAMOS A CONVOCANTE NOS INDIQUE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERA CONTENER LA USB AL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA.	En el dispositivo USB, para la propuesta técnica, se solicita ingresar los anexos 1, 1 A, 1 B, 1C y 1 D
2	8. INSTRUCCIÓN DE ELABORACION DE OFERTAS 8.1.3. CON REFERENCIA A LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TECNICA Y LA PROPUESTA ECONOMICA, ¿SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL FOLIADO DE CADA SOBRE SERÁ INDEPENDIENTE O CONTINUO CON AMBOS SOBRES?	El foliado de la documentación deberá ser por separado para las Propuestas Técnica y Económica.
3	8. INSTRUCCIÓN DE ELABORACION DE OFERTAS 8.1.3. CON RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TECNICA Y LA PROPUESTA ECONOMICA, ¿SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI CORRECTO QUE EN EL SOBRE TECNICO SE	Apegarse a bases, conforme al PUNTO 8.2.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERIODO MAYO - DICIEMBRE".



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	ADJUNTARA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA (ANEXOS) EN ORIGINAL Y COPIA, ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (REGISTROS, CATALOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD).	
4	8. INSTRUCCIÓN DE ELABORACION DE OFERTAS 8.2.10 , SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR, LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POR CONTRIBUCIONES ESTATALES, AL MOMENTO DE FORMALIZAR EL CONTRATO, PARA LICITANTES CON DOMICILIO EN EL ESTADO Y LICITANTES QUE TENGA SU DOMICILIO FUERA DEL ESTADO (FORANEO) ¿SE ACEPTA?	Se acepta, sin embargo, debe cumplir con lo solicitado en el punto 8.2.10. de las bases de licitación.
5	8. INSTRUCCIÓN DE ELABORACION DE OFERTAS 8.2.10: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CORROBORE SI ES CORRECTO, ENTENDER QUE ÚNICAMENTE SE REQUIERE CARTA COMPROMISO, DONDE EL LICITANTE SE COMPROMETE A PRESENTAR LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POR CONTRIBUCIONES ESTATALES EN CASO DE SALIR ADJUDICADO.	Es correcta su apreciación, debiendo cumplir con lo solicitado en el punto 8.2.10 de las bases de licitación.
6	8. INSTRUCCIÓN DE ELABORACION DE OFERTAS 8.2.14 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR, CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ¿SE ACEPTA?	No se acepta, apegarse a lo solicitado en el numeral 8.2.14. de las bases de licitación.
7	8. INSTRUCCIÓN DE ELABORACION DE OFERTAS 8.2.17 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CONTRATOS RELACIONADOS A SERVICIOS INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y/O SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA Y/O SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINÁMICA Y/O CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSUMOS DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA ¿SE ACEPTA?	Se acepta en cuanto al objeto de la prestación de servicios, sin ser limitante para los demás participantes; sin embargo, debe cumplir con todo lo solicitado en el documento 8.2.17.
8	8. INSTRUCCIÓN DE ELABORACION DE OFERTAS 8.2.18 , SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE	Apegarse a lo solicitado en el Anexo



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	EL NÚMERO CURRICULUM VITAE DE LOS TECNICOS QUE SE REQUIEREN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS, PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER PARA EL PERIODO MAYO - DICIEMBRE.	Técnico 4. Personal Técnico.
9	8. INSTRUCCIÓN DE ELABORACION DE OFERTAS 8.2.18 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE CURRICULUM VITAE DEL TECNICO CON ESTUDIOS DE INGENIERO BIOMEDICO, TECNICO EN ENFERMERIA, LICENCIATURA QUÍMICO FARMACÉUTICO BIOTECNÓLOGO, LICENCIATURA EN MEDICINA, O PERFIL RELACIONADO AL ÁREA DE LA SALUD ¿SE ACEPTA?	Apegarse a lo solicitado en el numeral 8.2.18 de las Bases de Licitación.
10	8. INSTRUCCIÓN DE ELABORACION DE OFERTAS 8.2.18 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE CURRICULUM VITAE DEL TÉCNICO CON UNA EXPERIENCIA MINIMA DE 1 AÑO ¿SE ACEPTA?	Apegarse a lo solicitado en el numeral 8.2.18. de las Bases de Licitación.
11	8. INSTRUCCIÓN DE ELABORACION DE OFERTAS 8.2.3 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL REPORTE FOTOGRÁFICO, SERÁ SUFICIENTE COLOCAR UNA FOTOGRAFIA DE LA FACHADA DE LA EMPRESA, ASI COMO LA GEOLOCALIZACIÓN.	Se acepta, siempre y cuando se cumpla con todo lo solicitado en el punto 8.2.31. de las Bases de Licitación.
12	8. INSTRUCCIÓN DE ELABORACION DE OFERTAS 8.2.5, REFERENTE A LA DOCUMENTACIÓN DE CATÁLOGOS Y FOLLETOS DEL MATERIAL DE INSUMOS DE PROCEDIMIENTOS Y MATERIAL EN CONSIGNA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRESENTAR UNICAMENTE <u>LA PÁGINA DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</u> DEL BIEN, <u>SIN SER CAUSA DE DESECHAMIENTO</u> EL NO PRESENTAR EL CATÁLOGO COMPLETO. ¿SE ACEPTA?	Se acepta, siempre y cuando se encuentre referenciado el insumo, se identifique a que catálogo de fabricante corresponde y sin tachaduras y enmendaduras. Sin ser limitante para los demás participantes.
13	8. INSTRUCCIÓN DE ELABORACION DE OFERTAS 8.2.5, REFERENTE A LA DOCUMENTACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, ¿SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS INSUMOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MATERIAL EN	No se acepta, deberá entregar registro sanitario por insumo ofertado.

O

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERIODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	CONSIGNA POR FAMILIA EN LOS REGISTROS SANITARIOS?, ¿SE ACEPTA?	
14	10. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO-ECONOMICO 10.4 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ESTE PUNTO, DONDE DICE QUE SESVER PREFERIRÁ INSUMOS DE TECNOLOGIA Y CALIDAD SUPERIORES A LAS MINIMAS REQUERIDAS, AUN CUANDO EXISTA UN DIFERENCIAL NO MAYOR AL DIEZ POR CIENTO ENTRE LA OFERTA DE MEJOR CALIDAD Y LA COTIZACIÓN INMEDIATA INFERIOR CALIFICADA, YA QUE ESTO LIMITARIA LA PARTICIPACIÓN.	SESV ER, en la revisión técnica de estos insumos de alta especialidad, considerará el mayor beneficio de sus pacientes, esto es, si dentro de las ofertas presentadas, existen insumos que beneficien a la población, sobre otros de menor costo, se seleccionarán a aquellos que contribuya a una mejor salud de la población.
15	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO 2.- PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA CORONARIA, INSUMO (PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT) DE CROMO COBALTO (L-605) CON RECUBRIMIENTO PASIVO DE CARBURO DE SILICIO AMORFO Y RECUBRIMIENTO PASIVO DE ACIDO POLI-L-LACTICO BIOABSORBIBLE LIBERARDOR DE FARMACO DEL GRUPO LIMUS. MONTADO EN BALON DIAMETROS: 2.5 A 4 MM LONGITUD 8.0 A 36MM Y DIAMETROS: 2.25 Y 4MM LONGITUD 9.0 A 40MM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTE INSUMO, TODA VEZ QUE ES COMERCIALIZADO POR UNA SOLA CASA COMERCIAL LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	No se acepta eliminar este insumo, por lo que se podrá ofertar y referenciar otra prótesis endovascular coronaria que tenga o cumpla con la misma función que el este insumo.
16	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO 2.- PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA CORONARIA INSUMO (PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT) DE CROMO COBALTO (L-605) CON	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.

0
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".






2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RECORRIDO PASIVO DE CARBURO DE SILICIO AMORFO Y RECORRIDO PASIVO DE ACIDO POLI-L-LACTICO BIOABSORBIBLE LIBERADOR DE FARMACO DEL GRUPO LIMUS. MONTADO EN BALON DIAMETROS: 2.5 A 4 MM LONGITUD 8.0 A 36MM Y DIAMETROS: 2.25 Y 4MM LONGITUD 9.0 A 40MM, EN CASO QUE MI PREGUNTA ANTERIOR SEA CONTESTADA EN FORMA NEGATIVA, SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR EL SIGUIENTE <u>INSUMO; PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT) CON POLIMERO BIOABSORBIBLES, CON REVESTIMIENTO ABLUMINAL DE EVEROLIMUS, DE DIFERENTES MEDIDAS.</u> ¿YA QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIONALIDAD, SE ACEPTA?	

IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	Se solicita amablemente a la convocante dar a conocer el método a través del cual se garantizará la calidad y óptimo funcionamiento del servicio a contratar. Favor de pronunciarse al respecto.	<p>Derivado a que el objeto de este servicio es el suministro de insumos médicos.</p> <p>La calidad de los insumos, se establecen mediante la documentación solicitada como son los registros sanitarios expedidos por la COFEPRIS, certificados de calidad de su fabricación. Así como el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario expedido por COFEPRIS, al proveedor que comercializará los mismos a la institución.</p>

00 ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

2	Se solicita amablemente a la convocante dar a conocer el método a través del cual el licitante adjudicado garantizará la seguridad y confidencialidad de la información relativa a la prestación del servicio. Favor de pronunciarse al respecto.	Será conforme al Punto 8.2.30. de las Bases de Licitación.
3	Es correcto entender que para garantizar la calidad del servicio ofertado se deberá presentar el ISO 9001:2015 vigente a nombre del licitante con alcance al menos en venta, arrendamiento, compra, almacenamiento, comercialización, distribución, mantenimiento, capacitación y/o administración de mobiliario, equipo médico, material de curación, instrumental médico y de laboratorio, recurso humano y adecuación física. Operación y/o comercialización a entidades públicas y privadas de soluciones integrales para servicios integrales y/o servicios subrogados enfocados a las áreas médicas y de salud en hemodinamia. ¿Es correcta nuestra apreciación?	El cumplimiento de los procesos de los proveedores que oferten la comercialización de insumos médicos, se encuentra validada por la COFEPRIS mediante el aviso de funcionamiento respectivo, ahora bien, si su representada desea proporcionar un certificado de calidad de sus procesos de comercialización, expedido por un ente distinto a la COFEPRIS, se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
4	Es correcto entender que para garantizar la calidad del servicio ofertado se deberá presentar el ISO 37001:2015 vigente a nombre del licitante con alcance en al menos comercialización, arrendamiento, mantenimiento y capacitación en la utilización de mobiliario, equipo médico, material de curación, instrumental médico y de laboratorio y de rehabilitación física. Operación y/o comercialización a entidades públicas y privadas de soluciones integrales en áreas médicas y de salud para servicios propios y/o subrogados. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Derivado a que el objeto de este servicio es el suministro de insumos médicos, los procesos de los proveedores que oferten la comercialización de insumos médicos, se encuentra validada por la COFEPRIS mediante el aviso de funcionamiento respectivo, ahora bien, si su representada desea proporcionar un certificado de calidad de sus procesos de comercialización, expedido por un ente distinto a la COFEPRIS, se

O

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		acepta sin ser limitante para los demás participantes
5	Es correcto entender que para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información relativa a la prestación del servicio se deberá presentar el ISO 27001:2013 vigente a nombre del licitante con alcance mínimo proporcionando seguridad de la información para diseñar, configurar, implementar y apoyar la tecnología de organizaciones, incluyendo hardware, software y soporte técnico. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás participantes.
6	Es correcto entender que para asegurar la correcta entrega de dichos insumos y acreditar que da cumplimiento a la NOM-240-SSA1-2012, "Instalación y Operación de la Tecnovigilancia", se deberá presentar el Alta de Unidad y/o Responsable de Tecnovigilancia emitido por la COFEPRIS y que dicho oficio deberá estar vigente y a nombre del licitante. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcto, se deberá presentar documento de Alta de la Unidad de Tecnovigilancia, ante la COFEPRIS.

PREGUNTAS		RESPUESTAS
REFERENCIA	1	
ANEXO 2 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 41 DESCRIPCION: "BALON AGENT"		Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
1	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "BALON MEDICADO" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA


ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


		DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA?	
2	REFERENCIA	ANEXO 2 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 42 DESCRIPCION: "NAVVS"	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "SONDA DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA?	
3	REFERENCIA	ANEXO 2 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 44 DESCRIPCION: "SUPERCROSS"	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "MICROCATETER VASCULAR" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA?	
4	REFERENCIA	ANEXO 2 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 45 DESCRIPCION: "TURKPINE"	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "MICROCATETER VASCULAR" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN	





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?	
5	REFERENCIA	ANEXO 2 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 46 DESCRIPCION: "BALON RAIDEN 3"	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "BALON NO COMPLIANTE" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?	
6	REFERENCIA	ANEXO 2 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 47 DESCRIPCION: "ACIST"	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "KIT DE MANIFOLD AUTOMATIZADO" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?	
7	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1 ANGIOGRAFÍA DIAGNOSTICA (CORONARIA, PERIFÉRICA) DESCRIPCION: "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		DE JERINGA PRECARGADA DE 100 ML Y/O 125 ML."	
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 370 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN FRASCO DE 100 ML" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?	
	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 2 ANGIOPLASTIA CORONARIA DESCRIPCION: "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN DE JERINGA PRECARGADA DE 100 ML Y/O 125 ML."	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
8	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 370 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN FRASCO DE 100 ML" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE	





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?	
9	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 2 ANGIOPLASTIA CORONARIA DESCRIPCION: "PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT) DE CROMO COBALTO (L-605) CON RECUBRIMIENTO PASIVO DE CARBURO DE SILICIO AMORFO Y RECUBRIMIENTO PASIVO DE ACIDO POLI-L-LACTICO BIOABSORBIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO DEL GRUPO LIMUS. MONTADO EN BALÓN. DIAMETROS: 2.5 A 4 MM LONGITUD: 8.0 A 36 MM Y DIÁMETROS: 2.25 Y 4 MM LONGITUD: 9.0 A 40 MM."	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA EN CROMO PLATINO MONTADA CON UN SISTEMA INTRODUCTOR MONORAIL CON REVESTIMIENTO DE FÁRMACO EVEROLIMUS Y POLÍMERO" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?	
10	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 2 ANGIOPLASTIA CORONARIA DESCRIPCION: "CATETER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON BALÓN SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.5	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		HASTA 4.0 MM DE DIÁMETRO, POR 10 HASTA 30 MM DE LONGITUD 145 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO"	
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CATETER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON BALÓN SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.5 HASTA 4.0 MM DE DIÁMETRO, POR 10 HASTA 30 MM DE LONGITUD 145 CM DE LARGO." CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA?	
	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 2 ANGIOPLASTIA CORONARIA DESCRIPCION: "CATETERES GUÍA, CORONARIA CON PUNTA SUAVE, 6 FR, (IZQUIERDO O DERECHO) DE 100 CM DE LARGO, TIPO: JUDKINS, CON LUMEN INTERNO DE .72"(1.83 MM)."	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
11	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "DECIR CATETERES GUÍA, CORONARIA CON PUNTA SUAVE, 6 FR, (IZQUIERDO O DERECHO) TIPO: JUDKINS," CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA?	

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

12	REFERENCIA	<p>ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 3 ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA DESCRIPCION: "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN DE JERINGA PRECARGADA DE 100 ML Y/O 125 ML."</p>	<p>Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.</p>
	PREGUNTA	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 370 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN FRASCO DE 100 ML" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA?</p>	
13	REFERENCIA	<p>ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 3 ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA DESCRIPCION: "STENT DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE DE MULTIPLES DIÁMETROS Y MULTIPLES LONGITUDES"</p>	<p>Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.</p>
	PREGUNTA	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "ENDOPRÓTESIS DE ALEACIÓN DE NITINOL, SISTEMA AUTOEXPANDIBLE PARA ANGIOPLASTÍA FEMORAL Y/O</p>	



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	ILIACA. DIVERSOS DIAMETROS Y LONGITUDES" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA?	
14	REFERENCIA ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 5 CATETERISMO DIAGNÓSTICO EN NIÑOS DESCRIPCION: "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN DE JERINGA PRECARGADA DE 100 ML Y/O 125 ML."	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 370 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN FRASCO DE 100 ML" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA?	
15	REFERENCIA ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 6 CIERRE PERCUTÁNEO DE COMUNICACIÓN INTER-AURICULAR /VENTRICULAR DESCRIPCION: "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERIODO MAYO - DICIEMBRE".



200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN DE JERINGA PRECARGADA DE 100 ML Y/O 125 ML."	
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 370 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN FRASCO DE 100 ML" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?	
16	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 7 CIERRE PERCUTÁNEO DE CONDUCTO ARTERIOSO (PCA) DESCRIPCION: "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN DE JERINGA PRECARGADA DE 100 ML Y/O 125 ML."	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 370 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN	





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		PRESENTACIÓN FRASCO DE 100 ML" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?	
17	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 8 EMBOLIZACIÓN DE PRÓSTATA DESCRIPCION: "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN DE JERINGA PRECARGADA DE 100 ML Y/O 125 ML."	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 370 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN FRASCO DE 100 ML" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?	
18	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 9 EMBOLIZACIÓN DE PLACENTA DESCRIPCION: "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA,	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN DE JERINGA PRECARGADA DE 100 ML Y/O 125 ML."	
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 370 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. EN PRESENTACIÓN FRASCO DE 100 ML" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?	
19	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 18 MARCAPASOS DEFINITIVO UNICAMERAL DESCRIPCION: "MARCAPASOS CARDÍACO, TIPO BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA, MULTIPROGRAMABLE; POLARIDAD: DE SENSADO BIPOLAR, DE ESTIMULACIÓN BIPOLAR; MODO DE ESTIMULACIÓN DDDR; ADAPTACIÓN DE FRECUENCIA: BAJO, MEDIO ALTO O MÁS (MEDIO BAJO O MEDIO ALTO); AMPLITUD DE VOLTAJE: PROGRAMABLE EN FORMA INDEPENDIENTE, POR CÁMARA; DIMENSIONES: PESO MENOR DE 40 GRS Y MENOS DE 9 MM DE GROSOR; LONGEVIDAD: 13 AÑOS COMO MÍNIMO A PARAMETROS NOMINALES; CUBIERTA: CAJA DE TITANIO; FUENTE DE ENERGÍA: YODURO DE	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	LITIO DE LARGA DURACIÓN; ELECTRODOS CUBIERTOS CON SILICÓN O POLIURETANO CON CONDUCTORES DE DIFERENTES METALES; FIJACIÓN ACTIVA CON TORNILLOS PARA LA AURÍCULA Y EL VENTRÍCULO; DIÁMTRO: 3.2 MM; LONGITUD: 50 A 60 CM."
PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "MARCAPASO CARDÍACO, TIPO: BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA. MULTIPROGRAMACIÓN DE FUNCIONES CON UN MÍNIMO DE 10 FUNCIONES. POLARIDAD: DE SENSADO BIPOLAR, DE ESTIMULACIÓN BIPOLAR. MODO DE ESTIMULACIÓN: DDDR. ADAPTACIÓN DE FRECUENCIA: BAJO, MEDIO, ALTO O MÁS (MEDIO BAJO O MEDIO ALTO). AMPLITUD DE VOLTAJE: PROGRAMABLE EN FORMA INDEPENDIENTE, POR CÁMARA. DIMENSIONES: PESO MENOR DE 40 GRS. Y MENOS DE 9 MM. DE GROSOR. LONGEVIDAD: 7 AÑOS EN ADELANTE A PARÁMETROS NOMINALES. CUBIERTA: CAJA DE TITANIO. FUENTE DE ENERGÍA: YODURO DE LITIO. ELECTRODOS: DOS ELECTRODOS CUBIERTOS CON SILICÓN O POLIURETANO CON CONDUCTORES DE DIFERENTES METALES. FIJACIÓN: ACTIVA CON TORNILLOS PARA LA AURÍCULA Y PARA EL VENTRÍCULO. CONECTOR: IS-1 LONGITUD: 50 A 60 CM. INTRODUCTOR: DOS

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE
ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA
"CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE
HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS
UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER
PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".



200
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	INTRODUCTORES PARA VENA SUBCLAVÍA (CON TÉCNICA DE PEEL OFF). GUÍAS: METÁLICAS EN "J". PROGRAMACION DE FUNCION NOCTURNA. PROGRAMA DE HISTERESIS AV. POSITIVO Y NEGATIVO PROGRAMABLE U OTRO ALGORITMO QUE PERMITA LA MENOR ESTIMULACIÓN VENTRICULAR. MR CONDICIONAL (COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA)." CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?		
20	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 19 MARCAPASOS DEFINITIVO UNICAMERAL DESCRIPCION: "MARCAPASOS CARDÍACO, TIPO UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA; MULTIPROGRAMABLE: CON UN MÍNIMO DE 7 FUNCIONES; POLARIDAD: BIPOLAR; MODO DE ESTIMULACIÓN: VVIR; ADAPTACIÓN DE FRECUENCIA: BAJO , MEDIO, ALTO O MÁS (MEDIO BAJO O MEDIO ALTO); DIMENSIONES: PESO MENOR DE 30 GR Y MENOS DE 19 MM DE GROSOR; LONGEVIDAD: 13 AÑOS COMO MÍNIMO A PARÁMETROS NOMINALES; CUBIERTA: CAJA DE TITANIO; FUENTE DE ENERGÍA: YODURO DE LITIO DE LARGA DURACIÓN; ELECTRODOS CUBIERTOS DE SILICÓN O	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes. <i>71</i> <i>9/</i> <i>C</i>


O ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	POLIURETANO CON CONDUCTORES DE DIFERENTES METALES; FIJACIÓN ACTIVA PARA EL VENTRÍCULO; DIÁMETRO: 3.2 MM; LONGITUD: 50 A 60 CM."	
PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLÓN COMO "MARCAPASO CARDÍACO, TIPO: UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA. MULTIPROGRAMACIÓN DE FUNCIONES: CON UN MÍNIMO DE 7 FUNCIONES. POLARIDAD: BIPOLAR. MODO DE ESTIMULACIÓN: SSIR. ADAPTACIÓN DE FRECUENCIA: BAJO, MEDIO, ALTO O MÁS (MEDIO BAJO O MEDIO ALTO). DIMENSIONES: PESO MENOR DE 30 GR. Y MENOS DE 19 MM. DE GROSOR. LONGEVIDAD: 7 AÑOS EN ADELANTE A PARÁMETROS NOMINALES. CUBIERTA: CAJA DE TITANIO. ELECTRODOS: CUBIERTOS DE SILICÓN O POLIURETANO CON CONDUCTORES DE DIFERENTES METALES. FIJACIÓN.- ACTIVA. CONECTOR: IS-1 LONGITUD: 50 A 60 CMS. INTRODUCTOR: PARA VENA SUBCLAVÍA (CON TÉCNICA DE PEEL OFF). GUÍAS: METÁLICAS EN "J" PARA LA AURÍCULA. PROGRAMA DE HISTÉRESIS DE FRECUENCIA Y FRECUENCIA NOCTURNA. MR CONDICIONAL (COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA)." CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A UN	71





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA?	
21	REFERENCIA	<p>PUNTO 8.- INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE OFERTAS: NUMERAL 8.2.5.</p> <p>TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA DONDE INDIQUE LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS DEL SERVICIO OFERTADO, EN EL CITADO DOCUMENTO DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, EL MATERIAL DE CONSIGNACIÓN Y LOS INSUMOS, EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, UTILIZANDO PARA TAL EFECTO LOS ANEXOS NO. 1, 1A, 1B, 1C Y 1D. ASIMISMO, LOS FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS DEL MATERIAL DE CONSIGNACIÓN, EN IDIOMA ESPAÑOL, QUE SE UTILIZARÁN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>ASÍ MISMO DEBERÁ ADJUNTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, COPIA SIMPLE, LEGIBLE Y COMPLETO SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS (ANVERSO Y REVERSO) DE REGISTROS SANITARIOS VIGENTES EXPEDIDOS POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA, DE CADA UNA DE LAS SUBPARTIDAS OFERTADAS. EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE</p>	<p>Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.</p> <p><i>(Handwritten marks: a large 'X' is written vertically along the right edge of the table, and a large blue circle is drawn near the bottom right corner.)</i></p>

*O*ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, O SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS 150 DÍAS NATURALES PREVIOS A SU VENCIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY	
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL EQUIVALENTE AL 90% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE CADA UNA DE LAS SUBPARTIDAS OFERTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTE?	
22	REFERENCIA	ANEXO 2 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 39 DESCRIPCION: "DISPOSITIVO PARA CIERRE VASCULAR - EXOSEAL"	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "OCLUSOR VASCULAR PERCUTANEO A BASE DE COLAGENO" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?	
23	REFERENCIA	ANEXO 2 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 48 DESCRIPCION: "DISPOSITIVO PARA CIERRE VASCULAR TIPO ANGIO SEAL PARA 6FR Y 8 FR"	No se acepta por colágeno, podrá ofertar y referenciar otro dispositivo que tenga o cumpla con la misma función que el este insumo.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "OCLUSOR VASCULAR	



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECENTES A SESVER PARA EL PERIODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		PERCUTANEO A BASE DE COLAGENO" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?	
24	REFERENCIA	ANEXO 2 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 49 DESCRIPCION: "DISPOSITIVO PARA CIERRE VASCULAR TIPO PERCLOSE."	No se acepta por colágeno, ofertar un dispositivo de cierre por sutura.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "OCLUSOR VASCULAR PERCUTANEO A BASE DE COLAGENO" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE?	
25	REFERENCIA	PUNTO 8.- INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE OFERTAS: NUMERAL 8.2.5. TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA DONDE INDIQUE LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS DEL SERVICIO OFERTADO, EN EL CITADO DOCUMENTO DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, EL MATERIAL DE CONSIGNACIÓN Y LOS INSUMOS, EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, UTILIZANDO PARA TAL EFECTO LOS ANEXOS NO. 1, 1A, 1B, 1C Y 1D. ASIMISMO, LOS FOLLETOS	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.

0

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERIODO MAYO - DICIEMBRE".






2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>Y/O CATÁLOGOS DEL MATERIAL DE CONSIGNACIÓN, EN IDIOMA ESPAÑOL, QUE SE UTILIZARÁN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>ASÍ MISMO DEBERÁ ADJUNTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, COPIA SIMPLE, LEGIBLE Y COMPLETO SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS (ANVERSO Y REVERSO) DE REGISTROS SANITARIOS VIGENTES EXPEDIDOS POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA, DE CADA UNA DE LAS SUBPARTIDAS OFERTADAS. EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, O SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS 150 DÍAS NATURALES PREVIOS A SU VENCIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY</p>	
PREGUNTA	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LAS PÁGINAS REFERENCIADAS EN LOS CATALOGOS CORRESPONDIENTES A CADA SUBPARTIDA PARA AGILIZAR LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS Y DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DEBIDO A QUE ALGUNOS CATALOGOS CUENTAN CON MAS DE 200 HOJAS CADA UNO. ¿SE ACEPTE?</p>	

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

26 REFERENCIA	<p>PUNTO 8.- INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE OFERTAS: NUMERAL 8.2.5.</p> <p>TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA DONDE INDIQUE LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS DEL SERVICIO OFERTADO, EN EL CITADO DOCUMENTO DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, EL MATERIAL DE CONSIGNACIÓN Y LOS INSUMOS, EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, UTILIZANDO PARA TAL EFECTO LOS ANEXOS NO. 1, 1A, 1B, 1C Y 1D. ASIMISMO, LOS FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS DEL MATERIAL DE CONSIGNACIÓN, EN IDIOMA ESPAÑOL, QUE SE UTILIZARÁN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>ASÍ MISMO DEBERÁ ADJUNTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, COPIA SIMPLE, LEGIBLE Y COMPLETO SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS (ANVERSO Y REVERSO) DE REGISTROS SANITARIOS VIGENTES EXPEDIDOS POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA, DE CADA UNA DE LAS SUBPARTIDAS OFERTADAS. EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, O SE</p>	<p>Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.</p> <p>71</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>
----------------------	--	--



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		ENCUENTRE DENTRO DE LOS 150 DÍAS NATURALES PREVIOS A SU VENCIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY	
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL EQUIVALENTE AL 90% DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE CADA UNA DE LAS SUBPARTIDAS OFERTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	
27	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1 ANGIOGRAFIA DIAGNOSTICA (CORONARIA, PERIFERICA) DESCRIPCION: "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.032" A 0.038"	No se acepta, apegarse a las bases.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.038" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA	
28	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 2 ANGIOPLASTIA CORONARIA	No se acepta, apegarse a las bases.

0
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>DESCRIPCION: "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.032" A 0.038"</p> <p>PREGUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.038" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE</p>	
29	<p>REFERENCIA ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 3 ANGIOPLASTIA PERIFERICA</p> <p>DESCRIPCION: "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.032" A 0.038"</p> <p>PREGUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.038" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN</p>	<p>No se acepta, apegarse a las bases</p>

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERIODO MAYO - DICIEMBRE".






2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE	
30	REFERENCIA	<p>ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO</p> <p>PARTIDA 1 SUBPARTIDA 4</p> <p>IMPLANTE DE MARCAPASOS PROVISIONAL</p> <p>DESCRIPCION: "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.032" A 0.038"</p>	No se acepta, apegarse a bases
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.038" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE	71
31	REFERENCIA	<p>ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO</p> <p>PARTIDA 1 SUBPARTIDA 5</p> <p>CATETERISMO DIAGNOSTICO EN NIÑOS</p> <p>DESCRIPCION: "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.032" A 0.038"</p>	No se acepta, apegarse a bases
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "AGUJA PARA PUNCIÓN DE	C

0

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERIODO MAYO - DICIEMBRE".






2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.038" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA	
32	REFERENCIA ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 6 CIERRE PERCUTANEO DE COMUNICACIÓN INTER-AURICULAR / VENTRICULAR DESCRIPCION: "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.032" A 0.038"	No se acepta, apegarse a bases
	PREGUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.038" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA	
33	REFERENCIA ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 7 CIERRE PERCUTANEO DE CONDUCTO ARTERIOSO (PCA) DESCRIPCION: "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA,	No se acepta, apegarse a bases

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERIODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.032" A 0.038"	
	PREGUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.038" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE	
34	REFERENCIA ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 12 VALVULOPLASTIA VALVULAR DESCRIPCION: "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.032" A 0.038"	No se acepta, apegarse a bases.
	PREGUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA LONGITUD 7.0 CALIBRE 18 G PARA GUIA DE 0.038" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION SE REFIERE A UN FABRICANTE EN PARTICULAR ¿SE ACEPTE	
35	REFERENCIA ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO	Se aceptan solo si es de 0.035 en longitudes 150 o

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".






2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		PARTIDA 1 SUBPARTIDA 17 EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS DESCRIPCION: "GUIA HIDROFILICA 0.035" FIRENTES CALIBRES."	260cm a elección del médico. Sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "GUIA HIDROFILICA .035" DE 150 CM DE LONGITUD" ¿SE ACEPTA	
36	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 3 ANGIOPLASTIA PERIFERICA DESCRIPCION: "CUERDA GUIA HIDROFILICA PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035" LONGITUD 150 O 260 CM"	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CUERDA GUIA HIDROFILICA PARA CATETER CON PUNTA ANGULADA DE 3 MM, DIAMETRO 0.035" LONGITUD 150 O 260 CM" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA	
37	REFERENCIA	ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 3 ANGIOPLASTIA PERIFERICA DESCRIPCION: "CUERDA CON RECUBRIMIENTO HIDOFILICO PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035" LONGITUD DE 150 A 260 CM"	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON	

O

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE
ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA
"CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE
HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS
UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER
PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	COMO "CUERDA GUIA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO PARA CATETER CON PUNTA ANGULADA DE 3 MM, DIAMETRO 0.035" LONGITUD 150 A 260 CM" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTE	
38	REFERENCIA ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 2 ANGIOPLASTIA CORONARIA DESCRIPCION: "CATETERES GUIA, CORONARIO CON PUNTA SUAVE, 6 FR, (IZQUIERDO O DERECHO) DE 100 CM DE LARGO, TIPO: JUDKINS, CON LUMEN INTERNO DE .72" (1.83 MM)."	No se acepta, apegarse a bases.
	PREGUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CATETERES GUIA, CORONARIA 6 FR, (IZQUIERDO O DERECHO) DE 100 CM DE LARGO, TIPO: JUDKINS, CON LUMEN INTERNO DE .70" (1.78 MM)." CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTE	
39	REFERENCIA PUNTO 8.- INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE OFERTAS: NUMERAL 8.2.5. TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA DONDE INDIQUE LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS DEL SERVICIO OFERTADO, EN EL CITADO DOCUMENTO DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, EL MATERIAL DE CONSIGNACIÓN Y LOS INSUMOS, EN FUNCIÓN DE LO	De acuerdo a la presentación de los insumos del Anexo III, es factible utilizar subnumerales (1.1, 1.2, etc) para las referencias documentales, siempre y cuando en su propuesta técnica (anexo 1B) establezca la numeración correspondiente.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".






2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, UTILIZANDO PARA TAL EFECTO LOS ANEXOS NO. 1, 1A, 1B, 1C Y 1D. ASIMISMO, LOS FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS DEL MATERIAL DE CONSIGNACIÓN, EN IDIOMA ESPAÑOL, QUE SE UTILIZARÁN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>ASÍ MISMO DEBERÁ ADJUNTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, COPIA SIMPLE, LEGIBLE Y COMPLETO SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS (ANVERSO Y REVERSO) DE REGISTROS SANITARIOS VIGENTES EXPEDIDOS POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA, DE CADA UNA DE LAS SUBPARTIDAS OFERTADAS. EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, O SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS 150 DÍAS NATURALES PREVIOS A SU VENCIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY</p>	
PREGUNTA	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA LA REFERENCIA DE LOS RENGLONES DE SUBPARTIDA EN EL ANEXO III SE DEBERÁ USAR EL SUBNUMERAL CORRESPONDIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	

O ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".






2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

40	REFERENCIA	<p>ANEXO 3 INSUMOS NECESARIOS POR PROCEDIMIENTO PARTIDA 1 SUBPARTIDA 12 VALVULOPLASTIA VALVULAR DESCRIPCION: "BALON PERIFERICO MAXI LD EN DIFERENTES CALIBRES Y LONGITUDES "</p>	<p>Se acepta, siempre y cuando llegue hasta los 24 o 25 mm de diámetro. Sin ser limitante para los demás participantes.</p>
	PREGUNTA	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "BALON DE DILATACION PERIFERICO EN DIFERENTES CALIBRES Y LONGITUDES" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE MAXI LD HACE REFERENCIA A UNA CASA COMERCIAL EN ESPECIFICO ¿SE ACEPTA</p>	<p><i>✓</i></p>
41	REFERENCIA	<p>ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 33 ANGIOPLASTIA PERIFERICA DESCRIPCION: "CUERDA HIDROFILICA 0.035 DE 150 A 260 CM CON PUNTA EN "J" DE 3 MM"</p>	<p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.</p>
	PREGUNTA	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CUERDA HIDROFILICA 0.035 DE 150 A 260 CM CON PUNTA ANGULADA DE 3 MM" LONGITUD 150 O 260 CM" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA</p>	<p><i>C</i> <i>✓</i></p>
42	REFERENCIA	<p>ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1 ANGIOGRAFIA DIAGNOSTICA (CORONARIA, PERIFERICA)</p>	<p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes, observando lo establecido en las</p>

O
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE
ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA
"CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE
HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS
UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER
PARA EL PERIODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>DESCRIPCION: "CATATERES PARA ANGIOGRAFÍA DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA, DERECHA O PIGTAIL, CON TÉCNICA PERCUTANEA, ASA DE 3.5 A 4.0 CM CALIBRE 6 FR LONGITUD 100 A 110 CM TIPO JUDKINS"</p> <p>PREGUNTA</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CATATERES PARA ANGIOGRAFÍA DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA, DERECHA O PIGTAIL, CON TÉCNICA PERCUTANEA, ASA DE 3.5 A 4.0 CM CALIBRE 6 FR DISTINTAS LONGITUDES TIPO JUDKINS" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA</p>	<p>Modificaciones a las presentes Bases.</p>
43	<p>REFERENCIA</p> <p>ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 2 ANGIOPLASTIA CORONARIA</p> <p>DESCRIPCION: "CATATERES PARA ANGIOGRAFÍA DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA, DERECHA O PIGTAIL, CON TÉCNICA PERCUTANEA, ASA DE 3.5 A 4.0 CM CALIBRE 6 FR LONGITUD 100 A 110 CM TIPO JUDKINS"</p> <p>PREGUNTA</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CATATERES PARA ANGIOGRAFÍA DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA, DERECHA O PIGTAIL, CON TÉCNICA PERCUTANEA, ASA DE 3.5 A 4.0 CM CALIBRE 6 FR DISTINTAS</p>	<p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes</p>

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	LONGITUDES TIPO JUDKINS" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTE	
44	<p>REFERENCIA</p> <p>ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 2 ANGIOPLASTIA CORONARIA</p> <p>DESCRIPCION: "PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT) DE CROMO COBALTO (L-605) CON RECUBRIMIENTO PASIVO DE CARBURO DE SILICIO AMORFO Y RECUBRIMIENTO PASIVO DE ACIDO POLI-L-LACTICO BIOABSORBIBLE LIBERADOR DE FARMACO DEL GRUPO LIMUS. MONTADO EN BALON, DIAMETROS: 2.5 A 4 MM LONGITUD: 8.0 A 36 MM Y DIAMETROS: 2.25 Y 4 MM LONGITUD: 9.0A 40 MM"</p>	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes
	<p>PREGUNTA</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT) DE ALEGION DE CROMO Y PLATINO (PtCr) CON REVESTIMIENTO POLIMERICO DE CONFORMACION DE UN PORTADOR POLIMERICO CON 100 µg/cm² DE EVEROLIMUS MONTADO EN BALON, DIAMETROS: 2.25 A 4.00mm LONGITUDES: 8 A 38 mm" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTE</p>	
45	<p>REFERENCIA</p> <p>ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 2 ANGIOPLASTIA CORONARIA</p>	No se acepta, apegarse a bases

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERIODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		DESCRIPCION: "CATETERES GUIA, CORONARIA CON PUNTA SUAVE, 6 FR, (IZQUIERDO O DERECHO) DE 100 CM DE LARGO, TIPO: JUDKINS, CON LUMEN INTERNO DE .72" (1.83 MM)."	
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CATETERES GUIA, CORONARIA 6 FR, (IZQUIERDO O DERECHO) DE DISTINTAS LONGITUDES, TIPO: JUDKINS DISTINTOS DIAMETROS." CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA	
46	REFERENCIA	ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 3 ANGIOPLASTIA PERIFERICA DESCRIPCION: "CATETER GUIA MULTIPROPOSITO, PUNTA CURVA A, LONGITUD 100 CM, CAL. 6 FR CON LUMEN INTERNO DE .72" (1.83 MM) "	No se acepta, apegarse a bases
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CATETER GUIA MULTIPROPOSITO, PUNTA CURVA A, , CAL. 6 FR DISTINTOS DIAMETROS Y LONGITUDES" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA	
47	REFERENCIA	ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 5 CATETERISMO DIAGNOSTICO EN NIÑOS	Se acepta, siempre y cuando las longitudes sean pediátricas. Sin ser limitante para los demás participantes.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		DESCRIPCION: "2 CATETERES MULTIPROPOSITO (PIGTAIL/COBRA) VARIAS CURVAS 4, 5 FR"	
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "2 CATETERES MULTIPROPOSITO (PIGTAIL/C1 o C2) VARIAS CURVAS 4, 5 FR" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA	
48	REFERENCIA	ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 5 CATETERISMO DIAGNOSTICO EN NIÑOS DESCRIPCION: "2 CATETERES MULTIPROPOSITO (PIGTAIL/COBRA) VARIAS CURVAS 4, 5 FR"	Se acepta, siempre y cuando las longitudes sean pediátricas. Sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "2 CATETERES MULTIPROPOSITO (PIGTAIL/C1 o C2) VARIAS CURVAS 4, 5 FR" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA	
49	REFERENCIA	ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 8 EMBOLIZACION DE PROSTATA DESCRIPCION: "CATETER SIMMONS 5 FR"	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CATETER SIM1 Y SIM2 5 FR"	


ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTE	
50	REFERENCIA	ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 8 EMBOLIZACION DE PROSTATA DESCRIPCION: "CATETER COBRA 5 FR "	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CATETER C1 Y C2 5 FR" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTE	
50	REFERENCIA	ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 9 EMBOLIZACION DE PLACENTA DESCRIPCION: "CATETER COBRA 5 FR "	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CATETER C1 Y C2 5 FR" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTE	
51	REFERENCIA	ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 9 EMBOLIZACION DE PLACENTA DESCRIPCION: "CATETER SIMMONS 5 FR "	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CATETER SIM1 Y SIM2 5 FR" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR	





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTE	
52	REFERENCIA	ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 9 EMBOLIZACION DE PLACENTA DESCRIPCION: "CATETER SIMMONS 5 FR "	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CATETER SIM1 Y SIM2 5 FR" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTE	
53	REFERENCIA	ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 9 EMBOLIZACION DE PLACENTA DESCRIPCION: "CATETER SIMMONS 5 FR "	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "CATETER SIM1 Y SIM2 5 FR" CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTE	
54	REFERENCIA	ANEXO 3 MATERIAL DE CONSIGNACION DE HEMODINAMIA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 9 TOMA DE PRESION INTRACORONARIA DESCRIPCION: "MICRO CATETER DE PRESION FFR NAVVUS "	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RENGLON COMO "GUÍA DE PRESIÓN. FLOPPY	





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	DE .014 POR 185 O 190CM DE LONGITUD O MICRO CATÉTER CON PUNTA DE MEDICIÓN DE LA RESERVA DE FLUJO CORONARIO FRACCIONAL." CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTE?	
55	<p>REFERENCIA ANEXO 3, PROCEDIMIENTO 2</p> <p>PREGUNTA DICE: CATETER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA. CON BALÓN SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.5 HASTA 4.0 MM DE DIÁMETRO, POR 10 HASTA 30 MM DE LONGITUD 145 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CATETER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA. CON BALÓN SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.5 HASTA 4.0 MM DE DIÁMETRO, POR 8 HASTA 30 MM DE LONGITUD, DIVERSAS LONGITUDES, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO.". ¿SE ACEPTE?</p>	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
56	<p>REFERENCIA ANEXO 3, PROCEDIMIENTO 18</p> <p>PREGUNTA DICE: ADAPTACIÓN DE FRECUENCIA: BAJO, MEDIO ALTO O MAS (MEDIO BAJO O MEDIO ALTO)</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "MUY BAJO, BAJO, MEDIO, ALTO, MUY ALTO". ¿SE ACEPTE?</p>	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes
57	<p>REFERENCIA ANEXO 3, PROCEDIMIENTO 18</p> <p>PREGUNTA DICE: DIAMTRO 3.2 MM</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVANTE</p>	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERIODO MAYO - DICIEMBRE".






2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>NOS PERMITA OFERTAR: "CONECTOR IS-1". LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL DIAMETRO 3.2MM ES UNA MEDIDA QUE YA NO EMPLEA NINGUN FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "MUY BAJO, BAJO, MEDIO, ALTO, MUY ALTO". ¿SE ACEPTA?</p>	
58	<p>REFERENCIA ANEXO 3, PROCEDIMIENTO 19 PREGUNTA DICE: ADAPTACIÓN DE FRECUENCIA: BAJO, MEDIO ALTO O MAS (MEDIO BAJO O MEDIO ALTO) PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "MUY BAJO, BAJO, MEDIO, ALTO, MUY ALTO". ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes</p> <p>71</p>
59	<p>REFERENCIA ANEXO 3, PROCEDIMIENTO 19 PREGUNTA DICE: DIAMETRO 3.2 MM PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CONECTOR IS-1". LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL DIAMETRO 3.2MM ES UNA MEDIDA QUE YA NO EMPLEA NINGUN FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "MUY BAJO, BAJO, MEDIO, ALTO, MUY ALTO". ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.</p> <p>✓</p>

SE CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA.



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS ANTES MENCIONADAS NO SON LIMITATIVAS PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/>.


5.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE AL CIERRE DEL ACTA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA, LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTE ACTO SON OBLIGATORIOS PARA TODOS Y CON EL **PUNTO 19.1** DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN, DERIVADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE DE AQUELLAS.

PUBLÍQUESE LA PRESENTE ACTA EN EL PORTAL DE LA CONVOCANTE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/> A EFECTO DE PONERLO A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO, PUDIENDO OBTENER COPIA DE LA MISMA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO.

SE REITERA A LOS PARTICIPANTES QUE DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL ACUSE DEBIDAMENTE SELLADO EN ORIGINAL Y COPIA DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, O EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EL CUAL EL LICITANTE DEBIÓ HABER PRESENTADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EN CASO DE QUE SEA PERSONA MORAL, DICHAS

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

**MANIFESTACIONES PODRÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O
ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD. ANEXO NO. 9
(PÁGINA 68 DE 79) SOLICITADO EN EL DOCUMENTO 8.2.14 (PÁGINA 19 DE 79) DE
LAS BASES DE LICITACIÓN.**

FINALMENTE SE INFORMA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **25 DE ABRIL DE 2023, A LAS 11:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE CONSULTÓ CON LOS LICITANTES PRESENTES SI LAS RESPUESTAS A SUS CUESTIONAMIENTOS FUERON OTORGADAS CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, QUIENES RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE Y MANIFESTARON NO TENER MÁS DUDAS O CUESTIONAMIENTOS QUE HACER A LA CONVOCANTE, ASÍ COMO NINGUNA OBJECIÓN RESPECTO A ESTE ACTO, DÁNDOSE POR NOTIFICADOS EN EL MISMO, POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **DOCE CUARENTA HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA.

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES

**L.A.E. PATRICIA GAONA
HERNÁNDEZ**

REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA

C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN JURÍDICA

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE
ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA
"CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE
HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS
UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER
PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

**L.A. GUADALUPE COLORADO
OSORIO**

COTIZADORA ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**L.A.E. PATRICIA RIVERA
KURI**

COTIZADORA ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO	
MSI. KARLO POMMIER GRANILLO	DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	

POR LOS LICITANTES

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	C. SANDRA MILENA ZULUAGA PRIETO	
SINCRONÍA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ ADDI SALAS SALAS	
SUMINISTROS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	C. LUIS MACIAS LIZAOLA	

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA
"CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS
UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE
ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-103T00000-007-2023, RELATIVA A LA
"CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE
HEMODINAMIA Y MARCAPASOS PARA DIVERSAS
UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SESVER
PARA EL PERÍODO MAYO - DICIEMBRE".