

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

EN LA CIUDAD DE XALAPA – ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **ONCE HORAS** DEL DÍA **VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2 Y 6.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, XALAPA, VER., LOS C.C. **LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; **C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, **L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA; **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ** Y **ARQ. GABRIEL ALEMÁN FLORES**, COTIZADORES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LOS C.C. **LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA** Y **MSI. KARLO POMMIER GRANILLO**, REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADOS MEDIANTE OFICIO NO. **OIC/SS-SESVER/FI/1213/2023**, ASIMISMO LA EMPRESA PARTICIPANTE: **BIODIST S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. OSCAR MONTALVO SAMAYOA**, A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. -----

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

1. PRESENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.-----
2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA LICITANTE. -----
3. ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. -----
4. RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. -----
5. CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO. -----

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

----- **HECHOS** -----

1. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ	COTIZADORES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ARQ. GABRIEL ALEMÁN FLORES	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO
LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
MSI. KARLO POMMIER GRANILLO	

2. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE. -----

POR EL LICITANTE

EMPRESA	NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
BIODIST S.A. DE C.V.	C. OSCAR MONTALVO SAMAYOA

QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SU PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 6.2 DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN. -----

3. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE NO EXISTEN ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE PARTICIPACIÓN. -----

4. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

ACUERDO AL OFICIO **SESV/DAM/SAH/DATH/5976/2023**, DE FECHA **20 DE ABRIL DEL 2023**, SIGNADO POR LA DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO, **DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA**.

1.- PROVEEDOR: BIODIST S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	Preguntas	Respuestas
1	Referencia: Convocatoria Punto 7.2.7.4 Con la finalidad de que la revisión de las propuestas sea más rápida, se solicita amablemente a la convocante que podamos presentar solo las páginas con la referencia considerando que hay catálogos con todas las especialidades y más de 1000 hojas. ¿se acepta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes, siempre y cuando se referencien las características, y se identifique a que catalogo y fabricante corresponde, sin tachaduras ni enmendaduras.
2	Referencia: Convocatoria Punto 7.2.22 Dice: En Escrito Libre De Los Fabricantes Y/O Distribuidora Autorizado Ya que en la actualidad las empresas tranasnacionales comercializan a través de figuras jurídicas comerciales legalmente establecidas como filiales o titulares del registro sanitario, solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar carta de apoyo de cualquiera de estas figuras jurídicas, sin ser motivo de desechamiento. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser limitantes para los demás participantes, siempre y cuando aparezcan en el registro sanitario correspondiente.
3	Referencia: Convocatoria Punto 7.2.26 Dice: presentar copia de dos contratos que haya celebrado en unidades hospitalarias, y/o instituciones gubernamentales o privadas para demostrar su experiencia y capacidad en la prestación del servicio de laparoscopia, endoscopia y artroscopia para diversas unidades hospitalarias pertenecientes a Servicios de Salud de Veracruz. Para dar certeza del cumplimiento y eficiencia en la prestación del servicio; se deberá acreditar fehacientemente la capacidad financiera y experiencia como integrador en servicios médicos del sector salud en la entrega y manejo de instrumental e insumos médicos, instalación, mantenimientos preventivos y correctivos de equipos médicos; capacitación y asistencia técnica	Se acepta presentar contratos de servicios integrales en los cuales se indique el servicio laparoscopia, endoscopia y artroscopia, lo anterior sin ser limitantes para los demás participantes

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>especializada, soporte en línea las 24 horas los 365 días al año, con apoyos de fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos, Además de contar con sistema logístico para la entrega de los bienes.</p> <p>Por lo antes expuesto, solicitamos amablemente a la convocante se puedan entregar contratos de servicio médico integral celebrados con el sector público de salud, debidamente formalizados.</p> <p>¿se acepta nuestra solicitud sin ser limitante para los demás licitantes?</p>	
4	<p>Referencia: Convocatoria Anexo 16</p> <p>Es correcto entender que debemos agregar dos columnas para colocar el importe total mínimo y máximo ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	Es correcta su apreciación

A). - DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	Preguntas	Respuestas
1	<p>Anexo 3</p> <p>Insumos</p> <p>Insumos desechables para cirugía laparoscópica</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita la entrega de la propuesta técnica como bisturí armónico o ultrasónico, toda vez que estas especificaciones corresponden a la misma aplicación para el sellado avanzado de vasos en cirugía laparoscópica con aplicaciones de alta especialidad como ginecología, cirugía general, etc las cuales resultan ser semejantes en su aplicación y propósito la diferencia radica en la patente, ya que uno maneja la energía por medio de pulsos y otra por medio de ondas respectivamente.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.</p>
2	<p>Ficha técnica</p> <p>Torre de visualización para cirugía mínima invasiva de alta definición</p> <p>Pregunta: apreciable convocante se debe entender que toda aquella propuesta técnica que oferte mi representada que evidencie ser mejora tecnológica o con características</p>	<p>Es correcta su apreciación, siempre y cuando, se demuestre con evidencias documentales, la equivalencia o mejora tecnológica, que cumplan con las funciones requirentes. Sin ser limitante para los demás participantes.</p>

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	superiores a las mencionadas en el presente anexo no será causa de desechamiento, toda vez que representa un beneficio para la institución y los pacientes ¿Es correcto?	
3	Ficha técnica Instrumental para laparoscopia Pregunta: considerando que las especificaciones técnicas que se detallan en el presente anexo corresponden a una configuración de un set de referencia con medidas que no corresponden a la tecnología de nuestro fabricante, solicitamos amablemente nos permitan referenciar nuestra propuesta con un rango en medidas de +/-10cm o mm, según corresponda, siendo la variación permisible entre marcas, toda vez que cumpla técnica y cabalmente con el propósito para el cual es requerido y se evidencie mediante catálogo. ¿Se acepta?	No se aceptan de +/- 10 cm o mm , sin embargo se aclara que se acepta una tolerancia de +/- 10 % en instrumental quirúrgico.
4	Ficha técnica Torre de visualización para cirugía mínima invasiva de alta definición Punto 15 Pregunta: estimada convocante el cumplimiento de la norma 60601-1 es correcto entender que podría validarse mediante referenciación en catalogo del fabricante, en la sección que corresponde a los términos de fabricación de la marca ofertada. Como mejora tecnológica sin ser limitante para los demás participantes. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
5	Ficha técnica Equipo de laparoscopia Punto 10 Pregunta: estimada convocante el cumplimiento de la norma 60601-1 es correcto entender que podría validarse mediante referenciación en catalogo del fabricante, en la sección que corresponde a los términos de fabricación de la marca ofertada. Como mejora tecnológica sin ser limitante para los demás participantes. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

6	<p>Ficha técnica Instrumental para laparoscopia Punto 23 Dice: certificado de aseguramiento de calidad (NOM-68-SSA1-1993) obligatorio. pregunta: solicitamos amablemente a la convocante nos permita cubrir este requisito con el ISO 13485 ya que la NOM-68-SSA1-1993 fue cancelada en el diario oficial de la federación del 11 de agosto de 2011 ¿Se acepta?</p>	<p>Se acepta, sin ser limitantes para los demás participantes.</p>
7	<p>Ficha técnica Instrumental para laparoscopia Punto 24 Dice: certificado de calidad del acero inoxidable. Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante nos permita cubrir este requisito con el ISO 13485 o ISO 9001 por tratarse de las constancias que respaldan la evaluación a los fabricantes sobre su proceso de calidad y avalan el correcto giro en su comercialización en dispositivos médicos. ¿se acepta?</p>	<p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.</p>
8	<p>Ficha técnica Instrumental para laparoscopia Punto 25 Dice: ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84. Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante se nos permita presentar ISO 13485 siendo este equivalente a los solicitados. ¿Se acepta?</p>	<p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.</p>
9	<p>Ficha técnica Instrumental para laparoscopia Punto 29 Dice: certificado de materia prima Pregunta: es preciso entender que el cumplimiento del certificado de material prima podrá solventarse con la presentación del ISO 13485 que por sus características avalan las correctas prácticas de fabricación y comercialización en el giro. ¿Se acepta?</p>	<p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.</p>

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

10	<p>Ficha técnica Equipo de artroscopia Punto 18 Dice: certificado de aseguramiento de calidad (NOM-68-SSA1-1993) obligatorio. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cubrir este requisito con el ISO 13485 ya que la NOM-68-SSA1-1993 fue cancelada en el diario oficial de la federación del 11 de agosto de 2011 ¿Se acepta?</p>	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
11	<p>Ficha técnica Instrumental para artroscopia Punto 14 Dice: certificado de aseguramiento de calidad (NOM-68-SSA1-1993) obligatorio. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cubrir este requisito con el ISO 13485 ya que la NOM-68-SSA1-1993 fue cancelada en el diario oficial de la federación del 11 de agosto de 2011 ¿Se acepta?</p>	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
12	<p>Ficha técnica Instrumental para artroscopia Punto 15 Dice: certificado de calidad del acero inoxidable. Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante nos permita cubrir este requisito con el ISO 13485 o ISO 9001 por tratarse de las constancias que respaldan la evaluación a los fabricantes sobre su proceso de calidad y avalan el correcto giro en su comercialización en dispositivos médicos. ¿se acepta?</p>	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
13	<p>Ficha técnica Instrumental para artroscopia Punto 17 Dice: ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977 ó ASTM-E353-84. Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar ISO 13485 siendo este equivalente a los solicitados. ¿Se acepta?</p>	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

14	Ficha técnica Instrumental para artroscopia Punto 20 Dice: certificado de materia prima Pregunta: es preciso entender que el cumplimiento del certificado de material prima podrá solventarse con la presentación del ISO 13485 que por sus características avalan las correctas prácticas de fabricación y comercialización en el giro. ¿se acepta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
----	---	--

2.- PROVEEDOR: ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS S.A. DE C.V.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	TODOS LOS EQUIPOS ENTENDEMOS QUE SI OFERTAMOS UN EQUIPO Y/O ACCESORIO QUE MEJORA LAS CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES QUE SE SOLICITAN NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación, siempre y cuando, se demuestre con evidencias documentales, la equivalencia o mejora tecnológica, que cumplan con las funciones requerentes. Sin ser limitante para los demás participantes.
2	TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGIA DE MÍNIMA INVASION DE ALTA DEFINICIÓN PUNTO 4.3 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN MEJORAR LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA Y PODAMOS OFERTAR SALIDAS DE VIDEO DIGITALES DVI, VGA, COMPONENTE, COMPUESTO S-VIDEO, SOG, HDSI ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	El punto 4.3 hace referencia a las entradas del monitor, y se aceptan siempre y cuando se compruebe la mejora tecnológica. Sin ser limitante a los demás participantes.
3	TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGIA DE MÍNIMA INVASION DE ALTA DEFINICIÓN PUNTO 10 Y 11 SOLICITAN MANUALES DE OPERACIÓN Y MANUAL DE SERVICIO ENTENDEMOS QUE ESTOS SE DEBEN PRESENTAR A LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ¿ES CORRECTO?	Es correcto, sin ser limitante para los demás participantes.
4	EQUIPO DE ARTROSCOPIA	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA PARA ARTROSCOPIA PUNTO 3.3.3 SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR ELECTRODO DE CARGA LATERAL DE 2.4 A 4 MM YA QUE CON ESTO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO NI LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
5	EQUIPO DE ARTROSCOPIA EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA PARA ARTROSCOPIA PUNTO 5.6 SOLICITAN MANUALES DE OPERACIÓN Y MANUAL DE SERVICIO ENTENDEMOS QUE ESTOS SE DEBEN PRESENTAR A LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ¿ES CORRECTO?	Es correcto, sin ser limitante para los demás participantes.
6	EQUIPO DE ARTROSCOPIA PUNTO 13 Y 14 SOLICITAN MANUALES DE OPERACIÓN Y MANUAL DE SERVICIO ENTENDEMOS QUE ESTOS SE DEBEN PRESENTAR A LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ¿ES CORRECTO?	Es correcto, sin ser limitante para los demás participantes.
7	INSUMOS DESECHABLES PARA LAPAROSCOPIA PINZA BIPOLAR DE SELLADO DE VASOS SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR 5.5 CM DE DIÁMETRO Y 325 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta, apegarse a bases.
8	INSUMOS DE USO COMUN DEBIDO A QUE DENTRO DEL LISTADO DE INSUMOS DESECHABLES PARA LAPAROSCOPIA EXISTEN MATERIALES DE USO COMÚN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE NOS PERMITAN NO ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REGULATORIA REFERENTE AL REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS DISCOS DVD, SOLUCIÓN GLICINA Y BOLSA RECOLECTORA DE ORINA YA QUE ESTOS SON PRODUCTO QUE SE	Se acepta, únicamente para el DVD, para la solución glicina y bolsa recolectora de orina, se requiere presentar registro sanitario vigente y certificados de calidad correspondiente.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	ADQUIEREN EN TIENDAS DE CONSUMO Y ESTOS NO ENTREGAN DOCUMENTACIÓN ALGUNA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
9	BASES PUNTO 7.2.22 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN COMO PRESENTAR FACTURAS QUE AMPAREN LA COMPRA DE LOS EQUIPOS Y/O INSUMOS ESTO DEBIDO A QUE MI REPRESENTADA CUENTA YA CON LOS EQUIPOS Y/O INSUMOS POR LO QUE NO REQUERIMOS DE UN FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR QUE ACREDITE QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN YA QUE LOS EQUIPOS SON DE NUESTRA PROPIEDAD, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN SUSTITUIR LA CARTA DE APOYO CON FACTURAS QUE ACREDITEN LA COMPRA DE LOS EQUIPOS Y/O INSUMOS ASÍ MISMO SE ACREDITA LA RELACIÓN CON EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Deberá presentar carta de respaldo del fabricante o en su caso del titular del registro sanitario, para garantizar la originalidad y adquisición legal de los equipos. Así mismo, para garantizar que a la fecha se comercializan las refacciones, accesorios y demás, que permitan el buen funcionamiento de los equipos
10	BASES PUNTO 7.2.19 SOLICITAN ISO 9001:2008 E ISO 13485 ENTENDEMOS QUE EL ISO 13485 QUE SOLICITAN ES DEL FABRICANTE DE LOS BIENES QUE SE ESTÁN OFERTANDO YA QUE ESTE SE REFIERE A LA FABRICACIÓN, MANUFACTURA Y/O DESARROLLO ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación
11	BASES 7.2.19 SOLICITAN ISO 9001:2008 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN ENTREGAR ISO 9001:2015 ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
12	BASES PUNTO 7.1.5 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN ENTREGAR PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA CON FIRMA AUTÓGRAFA EN LAS CARTAS PROTESTADAS Y/O FORMATOS PRESENTADOS Y RUBRICA EN CATÁLOGOS, MANUALES DE LOS EQUIPOS	NO SE ACEPTA En las bases se indica lo siguiente: PUNTO 10. DE LA DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.






2023, 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PRESENTADOS, REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD ETC YA QUE ESTOS NO AFECTAN EN NADA LA PRESENTACIÓN DE LA LICITACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	10.1 Se descalificará a los participantes que incurran en alguno (s) de los siguientes supuestos: 1. No firmen de manera autógrafa todas y cada una de las hojas que integran las propuestas técnicas y económicas, respectivamente, incluyendo los sobres que las contengan;
13	BASES PUNTO 7.2.26 FAVOR DE CONFIRMAR SI LOS DOS CONTRATOS SOLICITADOS DEBEN SER CON ESPECIALIDAD EN EL SERVICIO DE LAPAROSCOPIA ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA ES DECIR PRESENTAR CONTRATOS DE OTRA ESPECIALIDAD A ESTA NO SERÁN TOMADOS EN CUENTA ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación
14	BASES PUNTO 7.2.31 FAVOR DE ACLARAR SI EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEBERA SER DE LAS OFICINAS DECLARADAS EN LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL. ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación
15	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS CONFIRME QUE EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN NO PODRÁN PARTICIPAR EMPRESAS QUE ESTÉN INHABILITADAS POR LA FUNCIÓN PUBLICA PARA CELEBRAR CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación
16	FICHA TÉCNICA INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA PUNTO 23, PUNTO 24, PUNTO 25 SE REFIEREN A CERTIFICADOS PARA INSTRUMENTAL NACIONAL, ENTENDEMOS QUE PARA LOS LICITANTES QUE OFERTEMOS INSTRUMENTAL DE FABRICACIÓN EXTRANJERA DEBEMOS CUMPLIR CON EL CERTIFICADO ISO 9001:2016 Y/O ISO 13485 ¿ES CORRECTO?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
17	FICHA TÉCNICA INSTRUMENTAL PARA ARTROSCOPIA PUNTO 17, PUNTO 18, PUNTO 19, PUNTO 20, PUNTO 21 SE REFIEREN A CERTIFICADOS PARA LOS LICITANTES QUE OFERTEMOS	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	INSTRUMENTAL DE FABRICACIÓN NACIONAL, LOS LICITANTES QUE OFERTEMOS INSTRUMENTAL DE FABRICACIÓN EXTRANJERA DEBEMOS CUMPLIR CON EL CERTIFICADO ISO 9001:2016 Y/O ISO 13485 ¿ES CORRECTO?	
18	FICHA TÉCNICA INSTRUMENTAL PARA ENDOSCÓPICA PUNTO 2 ENDOSCOPIO PEDIÁTRICO ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO DEBEMOS OFERTAR UN GASTROVIDEOSCOPIO PEDIÁTRICO ¿ES CORRECTO?	No es correcto, el punto 2 de la ficha técnica corresponde al video colonoscopia.
19	ANEXO 1 EN EL PUNTO 1.23 ESTA EL PROCEDIMIENTO DE BRONCOSCOPIA SIN EMBARGO EN LA FICHA TÉCNICA DE LA TORRE DE ENDOSCOPIA NO HAY UN BRONCOSCOPIO CON EL CUAL SE PUEDA REALIZAR UN PROCEDIMIENTO.	Se aclara, que deberá proporcionar uno cuando se realice el procedimiento de broncoscopia, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el anexo A, subpartida 1.23
20	ANEXO 1 CON EL FIN DE QUE LOS LICITANTES ESTEMOS EN POSIBILIDADES DE OFERTAR DE MANERA CORRECTA TODOS Y CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PROPORCIONE EL ANEXO 1 EN FORMATO EXCEL Y/O WORD TODA VEZ QUE LA COPIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES NO ES COMPLETAMENTE LEGIBLE Y HAY NÚMEROS QUE NO SE DISTINGUEN DE MANERA CLARA POR LO QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE PODAMOS OFERTAR UN NUMERO INCORRECTO AL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE	Se acepta, deberán solicitarlo en el Departamento de Adquisiciones con una memoria USB, para proporcionarles el anexo 1 editable
21	FICHA TECNICA TORRE DE ENDOSCOPIA AVANZADA PUNTO 2.2 SOLICITAN LÁMPARA DE EMERGENCIA, PARA LOS PARTICIPANTES QUE OFERTAMOS FUENTE DE LUZ TIPO LED LAS FUENTES NO REQUIEREN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA YA QUE LA LÁMPARA DE LED TIENEN UNA DURACIÓN APROXIMADA DE 6 AÑOS QUE ES EL TIEMPO DE VIDA DE LA FUENTE DE LUZ	No se acepta. Se aclara que deberá tener una fuente de luz de reserva en caso de que la lámpara led llegara a fallar.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PERMITAN QUE LA LÁMPARA DE EMERGENCIA SEA OPCIONAL PARA LOS PARTICIPANTES QUE OFERTAN LUZ DE LED, ¿SE ACEPTA?	
22	FICHA TECNICA TORRE DE ENDOSCOPIA AVANZADA PUNTO 2.5 INDICADO DE VIDA DE LÁMPARA PARA LOS PARTICIPANTES QUE OFERTEMOS TECNOLOGÍA DE LED LAS FUENTES DE LED NO CUENTAN CON INDICADOR DE LA VIDA DE LÁMPARA YA QUE ESTAS TIENEN UNA DURACIÓN APROXIMADA DE 6 AÑOS TIEMPO DE VIDA DE LA FUENTE DE LUZ, ESTA CARACTERÍSTICA ES ESPECÍFICA PARA LOS PARTICIPANTES DE TECNOLOGÍA DE XENÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA OPCIONAL SEGÚN TECNOLOGÍA OFERTADA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.

CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA. ----- 71

RESPECTO A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE, **MANIFIESTA NO TENER OBJECCIÓN ALGUNA, ACEPTANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES FIRMANDO DE CONFORMIDAD.**-----

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS BASES. -----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

<https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/> -----

SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR, QUE DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.-----

SE REITERA A LOS PARTICIPANTES QUE DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, EL ACUSE DEBIDAMENTE SELLADO EN ORIGINAL Y COPIA DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EL CUAL EL LICITANTE DEBIÓ HABER PRESENTADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ **PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, EN CASO DE QUE SEA PERSONA MORAL, DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD. **ANEXO 13 SOLICITADO EN EL DOCUMENTO 7.2.20 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.**-----

FINALMENTE SE REITERA QUE EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **26 DE ABRIL DEL 2023, A LAS 11:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.-----

5.- **EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA.-----


POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ


LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES


C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023



L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO
TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA

LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA




L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ
COTIZADORA ADSCRITA Y REPRESENTANTE
DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



ARQ. GABRIEL ALEMÁN FLORES

COTIZADOR ADSCRITO Y REPRESENTANTE
DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.


LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA
REPRESENTANTE




MSI. KARLO POMMIER GRANILLO
REPRESENTANTE



POR LOS LICITANTES

NO.	EMPRESA	NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA	FIRMA
1	BIODIST S.A. DE C.V.	C. OSCAR MONTALVO SAMAYOA	

***** FIN DEL ACTA *****




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-011-2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SERVICIO DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.