


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-013-2023 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LAS ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS **17:00 HORAS** DEL DÍA **21 DE ABRIL DE 2023**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS **6, 6.1, 6.2, 6.3 Y 6.4** DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS **C.C. LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; **C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES; **L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA; **LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **C. LUZ H. PIZAÑA HERNÁNDEZ**, COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASÍ MISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LA **LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA** Y EL **M.S.I. KARLO POMMIER GRANILLO**, REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; DESIGNADOS MEDIANTE OFICIO NÚMERO **OIC/SS-SESVER/FI/1201/2023** Y LAS EMPRESAS PARTICIPANTES: **PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. ÁNGEL HERMILO FLORES ARIZMENDI, EQUIPOS Y SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR LA **C. ANA VICTORIA HERNÁNDEZ POZO**; A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-013-2023 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LAS ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- PRESENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS





- 2.- PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITANTES. -----
- 3.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. -----
- 4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. -----
- 5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO. -----

- HECHOS -

- 1.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
C. LUZ H. PIZAÑA HERNÁNDEZ	COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES





POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
M.S.I. KARLO POMMIER GRANILLO	

- 2 EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, ASÍ COMO DE LOS REPRESENTANTES QUE ASISTEN A ESTE ACTO. -----


POR LOS LICITANTES

EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.	C. ÁNGEL HERMILO FLORES ARIZMENDI
EQUIPOS Y SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	C. ANA VICTORIA HERNÁNDEZ POZO

- 3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES LAS **ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES**, REALIZADAS POR LA CONVOCANTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 19.1 DE LAS BASES, QUE A LA LETRA DICE "LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, PODRÁ MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTAS BASES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DEBIENDO DAR AVISO DE LAS MODIFICACIONES A LOS PARTICIPANTES, PARA AQUELLOS QUE NO ACUDAN A LA JUNTA DE ACLARACIONES, DICHAS MODIFICACIONES PODRÁN SER CONSULTADAS EN EL SITIO MENCIONADO EN EL PUNTO 6.4 DE LAS PRESENTES BASES " -----

MODIFICACIÓN 1.

SE MODIFICA EL ANEXO No. 8-A DEL LOTE "A"



Handwritten signatures and marks in blue and green ink.

DICE:

LOTE "A"
ANEXO No. 8


PROPUESTA ECONÓMICA
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-013-2023
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LAS
ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR, DIRECCIÓN Y TELÉFONO

FECHA:

No. RENGLÓN	UNIDAD HOSPITALARIA	IMPORTE MENSUAL LOTE "A" SIN I.V.A.	IMPORTE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DIC. 2023
1	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA DR. LUIS F. NACHÓN		
	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA		
	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS		
	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD DR. RAFAEL LUCIO		
	HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ (INFANTIL DE VERACRUZ)		
	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA		
	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RÍO		
	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO		
	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN		
	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DR. MANUEL DORANTES MESA		
	HOSPITAL GENERAL DE CÓRDOBA YANGA		
	HOSPITAL GENERAL MARTINEZ DE LA TORRE DR. MANUEL ÁVILA CAMACHO		
	HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN DR. VICTOR M. PITALÚA GONZÁLEZ		
	HOSPITAL GENERAL DE MINATITLÁN		
	HOSPITAL GENERAL DE TANTOYUCA		
	HOSPITAL GENERAL DE PÁNUCO DR. MANUEL I. ÁVILA		
	HOSPITAL GENERAL OLUTA-ACAYUCAN		
	HOSPITAL GENERAL DE PEROTE		
HOSPITAL COMUNITARIO DE NAUTLA			
	SUMA		
	DESCUENTOS		
	SUBTOTAL		
	I.V.A.		
	TOTAL		

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: El presente formato deberá ser reproducido en papel membretado de la empresa licitante cuantas veces sea necesario respetando su contenido. (Incluye de encabezado a pie de página considerando los recuadros de firmas).



DEBE DECIR:

LOTE "A"
ANEXO No. 8-A

PROPUESTA ECONÓMICA
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-013-2023
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LAS
ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SEEVER

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR, DIRECCIÓN Y TELÉFONO

FECHA:

No. RENGLÓN	UNIDAD HOSPITALARIA	IMPORTE MENSUAL MAYO LOTE "A" SIN I.V.A.	IMPORTE MENSUAL JUNIO LOTE "A" SIN I.V.A.	IMPORTE MENSUAL JULIO LOTE "A" SIN I.V.A.	IMPORTE MENSUAL AGOSTO LOTE "A" SIN I.V.A.	IMPORTE MENSUAL SEPTIEMBRE LOTE "A" SIN I.V.A.	IMPORTE MENSUAL OCTUBRE LOTE "A" SIN I.V.A.	IMPORTE MENSUAL NOVIEMBRE LOTE "A" SIN I.V.A.	IMPORTE MENSUAL DICIEMBRE LOTE "A" SIN I.V.A.	IMPORTE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DIC. 2023
	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA DR. LUIS F. NACHÓN									
	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA									
	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS									
	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD DR. RAFAEL LUCIO									
	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ									
	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA									
	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RÍO									
	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO									
	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN									
	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DR. MANUEL DORANTES MESA									
	HOSPITAL GENERAL DE CORDOBA YANGA									
	HOSPITAL GENERAL MARTINEZ DE LA TORRE DR. MANUEL ÁVILA CAMACHO									
1	HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN DR. VICTOR M. PITALÚA GONZÁLEZ									
	HOSPITAL GENERAL DE MINATITLÁN									
	HOSPITAL GENERAL DE TANTOYUCA									
	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO DR. MANUEL I. ÁVILA									
	HOSPITAL GENERAL OLUTA-ACAYUCÁN									
	HOSPITAL GENERAL DE PEROTE									
	HOSPITAL COMUNITARIO DE NAUTLA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
	SUMA									
	DESCUENTOS									
	SUBTOTAL									
	I.V.A.									
	TOTAL									

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: El presente formato deberá ser reproducido en papel membretado de la empresa licitante cuantas veces sea necesario respetando su contenido. (Incluye de encabezado a pie de página considerando los recuadros de firmas).



DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NÚMERO SESVER/DAM/SAH/DATH/5971/2023, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, SIGNADO POR LA DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO, DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

I. ACLARACIONES A LAS BASES

1. DE ACUERDO AL NUMERAL 1.2, RELACIONADO A LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES, SE ACLARA LO SIGUIENTE:

PARA LA UNIDAD MÉDICA "HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NAUTLA", A LA FECHA NO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN, POR LO QUE LA FALTA DE VISITA A ESTA UNIDAD NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ASÍ MISMO, ESTÁ CONTEMPLADO INICIO DE OPERACIONES PARA EL MES DE NOVIEMBRE, POR LO CUAL ESTARÁ CONTEMPLADO EL SERVICIO PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

II. MODIFICACIONES A LAS BASES:

2.1 DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS TÉCNICOS 1 Y 2 Y ANEXO NO. 2 Y NO. 8, DEL LOTE A. > /

DICE: HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (INFANTIL DE VERACRUZ)

DEBE DECIR: HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ

2.2 DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.11, RELACIONADA A LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES,

DICE: DÍAS 14, 15, 16, 17 Y 18 DE ABRIL.

DEBE DECIR: DÍAS 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 Y 25 DE ABRIL.

4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. -----


BRAINS GLOBAL HEALTH TECH, S.A.P.I. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. DE LOS PUNTOS 1.11 Y 8.2.21. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, NO PRESENTAR LA CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NAUTLA DENTRO DEL PUNTO 8.2.21? EN EL ENTENDIDO QUE ACTUALMENTE EL HOSPITAL NO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN.	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASES.
2. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL PERIODO (¿QUÉ MESES?) EN EL QUE SE DEBERÁ CONTEMPLAR LA OFERTA DEL SERVICIO EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NAUTLA, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EL HOSPITAL NO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN.	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASES.
3. DEL PUNTO 8.3.1. ANEXO NO. 8 LOTE A EN CASO DE QUE EL SERVICIO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NAUTLA NO CONTEMPLA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y EN CORRELACIÓN CON LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL NUEVO FORMATO DEL ANEXO NO. 8 LOTE A, DEBIDO A QUE EL PRESENTADO EN LAS BASES, CONTEMPLA ASIGNAR EN LA ÚLTIMA COLUMNA EL "IMPORTE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023" POR CADA UNIDAD HOSPITALARIA, SIN DEFINIR LOS MESES EN LOS CUALES SE TENDRÁ QUE PRESTAR EL SERVICIO DE CADA UNO.	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN N° 1

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. DEL PUNTO 8.2.6., ANEXO NO. 2 LOTE A Y FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS CONTENIDOS EN EL MISMO. POR EL GRAN VOLUMEN DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS SOLCITADOS DENTRO DE LAS FICHAS TÉCNICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA NO INCLUIRLOS DENTRO DE LA PROPUESTA, COMPROMETIENDONOS A QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, DEBAMOS ENTREGARLOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO. ¿SE ACEPTA?	LOS MANUALES SE TENDRÁN QUE ENTREGAR EN LAS UNIDADES MÉDICAS POR EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO. PARA LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ADJUNTAR CATÁLOGOS, FOLLETOS O FOTOGRAFÍAS, LOS INSTRUCTIVOS EN ORIGINAL, FICHAS TÉCNICAS, DIAGRAMAS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS Y/O ESPAÑOL Y/O MANUALES DE LOS EQUIPOS, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS.





<p>2. DEL PUNTO 8.2.6., ANEXO NO. 2 LOTE A Y FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS CONTENIDOS EN EL MISMO. POR EL GRAN VOLUMEN DE LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS EN ORIGINAL, FICHAS TÉCNICAS, DIAGRAMAS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS Y MANUALES DE LOS EQUIPOS, DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA USADA PARA REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y EN EL ANEXO NO. 2 LOTE A. SOLICITAMOS AMBAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA INCLUIR LA PORTADA DE CADA DOCUMENTO Y ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS DONDE SE SEÑALAN Y REFERENCIAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, IDENTIFICANDO CLARAMENTE A QUE EQUIPO OFERTADO Y DOCUMENTO CORRESPONDE, COMPROMETIÉndonOS A QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, DEBAMOS ENTREGARLOS AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DEL FALLO, EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO VENGAN IDENTIFICADOS QUE FORMAN PARTE DEL DOCUMENTO OFERTADO Y QUE ESTÉN DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
---	--

EQUIPOS Y SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 8.2.20. ACUSE (ORIGINAL Y COPIA) DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS. EL CUAL EL LICITANTE DEBIÓ HABER PRESENTADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, BASTA CON ENTREGAR LA COPIA MARCADA DEL ESCRITO MENCIONADO EN EL ANEXO 6 DE LAS BASES, O EN SU CASO INDICAR SI ES NECESARIO REALIZAR UN NUEVO ESCRITO, DIRIGIDO A LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.</p> <p>8.2.20. ACUSE (ORIGINAL Y COPIA) DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EL CUAL EL LICITANTE DEBIÓ HABER PRESENTADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EN CASO DE QUE SEA PERSONA MORAL, DICHAS</p>	<p>PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEBERÁ PRESENTAR ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, EL ESCRITO CONFORME AL ANEXO N° 6 E INCLUYENDO DICHO ACUSE EN ORIGINAL Y COPIA DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA.</p>




Handwritten signatures and marks in blue and green ink.

<p>MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD. ANEXO NO. 6</p>	
<p>RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 8.2.27 PRESENTA AL MENOS 2 ESCRITOS DE OPINION POSITIVA DEL SERVICIO, EXPEDIDO POR INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS O PRIVADAS, DONDE HAYA PRESENTADO SU SERVICIO, QUE AVALEN LA EXPERIENCIA CON LA QUE CUENTA. PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTOS ESCRITOS DE OPINIÓN POSITIVA, SEAN EXPEDIDOS DE INSTITUCIONES DE SALUD PUBLICA O PRIVADA DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS? SE ACEPTA?</p>	<p>EN EL PUNTO 8.2.27 NO ESPECIFICA QUE LOS ESCRITO SEAN EXPEDIDOS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DEL ESTADO O DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS, POR LO QUE SE ACEPTAN AMBAS.</p>

PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.


A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>REFERENTE AL NUMERAL 1.10 DICE: EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES NECESARIAS, LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DENTRO DE LOS 5 A 10 DÍAS NATURALES... PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y PARA QUE TODOS LOS LICITANTES ESTEMOS EN IGUAL DE CONDICIONES DE OFERTAR, SE AMPLIÉ EL TIEMPO DE ADECUACIÓN, ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 5 A 10 DÍAS NATURALES YA QUE SOLO ESTO CREA VENTAJA A LOS PROVEEDORES QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO, POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS SE AMPLIÉ EL TIEMPO DE 80 A 90 DÍAS NATURALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. CABE MENCIONAR QUE NO SE OTORGA VENTAJA A NINGÚN PROVEEDOR, EL OBJETIVO DE LOS 10 DÍAS ES NO DEJAR SIN SERVICIO A LA POBLACIÓN USUARIA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, ASÍ COMO EVITAR DAÑOS EN LA SALUD POR NO CONTAR CON UN AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO VITAL.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 7.6 DICE: SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, QUE RESULTE NECESARIO POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O POR DESGASTE DERIVADO DEL USO DEL EQUIPO, CUANTAS VECES SE REQUIERA, DE ACUERDO AL REPORTE QUE SE LE HAGA VÍA TELEFÓNICA O POR ESCRITO...</p>	<p>ESTE NUMERAL REFIERE AL COMPROMISO DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN ARRENDAMIENTO,</p>




[Handwritten signatures and marks]

<p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL EL LICITANTE DEBERÁ DE ANEXAR A LA PROPUESTA TÉCNICA UN SISTEMA DE RECEPCIÓN DE REPORTES ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MISMO TAL Y COMO SE DESCRIBE COMO UNA MESA DE AYUDA, ESTO PARA AGILIZAR LA ATENCIÓN Y LOS EQUIPOS ESTÉN TRABAJANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>VINCULADO ESTO, CON LA CARTA QUE SE SOLICITA EN LA PROPUESTA TÉCNICA EN EL NUMERAL 8.2.12</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 7.7 DICE: LA CORRECCIÓN O SUSTITUCIÓN POR LA IRREGULARIDAD O FALLAS PRESENTADAS EN LOS EQUIPOS, DEBERÁN EFECTUARSE EN UN PLAZO NO A MAYOR DE 24 HORAS... PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CASO DE LA SUSTITUCIÓN DE ALGÚN EQUIPO POR FALLAS GRAVES, EL TIEMPO DE SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO SE AMPLÍE A 10 DÍAS NATURALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERA 8.2.4 DICE: PRESENTAR EL DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, EN EL CUAL SE VERIFICARÁ QUE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE TENGA AFINIDAD... PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE NOS PERMITA ENTREGAR EL RFC O CSF EN EL CUAL SE PUEDA OBSERVAR LA ACTIVIDAD DE MI REPRESENTADA LA CUAL DEBE SER ACORDE O TENGA AFINIDAD AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 8.2.6 DICE: SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTE FORMATO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FOTOGRAFÍAS, LOS INSTRUCTIVOS EN ORIGINAL, FICHAS TÉCNICAS, DIAGRAMAS MECANICOS, ELECTRICOS Y/O ELECTRONICOS... PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y DADA LA MAGNITUD DEL PROYECTO EN DONDE SE ESTÁN SOLICITANDO GRAN VARIEDAD DE EQUIPO, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA HACER LA REFERENCIA DE TODOS NUESTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, ÚNICAMENTE EN LAS HOJAS DE LOS MANUALES DE LOS EQUIPOS, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE ENTREGARAN LOS MANUALES COMPLETOS EN CADA UNIDAD MÉDICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO VENGAN REFERENCIADOS A SU PROPUESTA TÉCNICA, ASÍ MISMO SE IDENTIFIQUE A QUE CATÁLOGO Y FABRICANTE CORRESPONDEN, SIN TACHADURAS Y ENMENDADURAS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 8.2.6 DICE: ESPAÑOL, INGLÉS O IDIOMA DE ORIGEN, CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE LOS MANUALES DE LOS EQUIPOS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL EN CASO DE REFERENCIAR EN FOLLETOS O CATÁLOGOS EN IDIOMA INGLÉS O DE ORIGEN DE LOS BIENES, DICHA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEBE SER DEL TEXTO REFERENCIADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>




[Handwritten signatures and marks in blue and green ink]

<p>REFERENTE AL NUMERAL 8.2.8 DICE: LOS EQUIPOS PROPUESTOS NO CUENTAN CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DOS AÑOS... PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA USAR NUESTROS EQUIPOS PARA BRINDAR EL SERVICIO, DICHS EQUIPOS CUENTAN CON TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y ESTÁN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SER USADOS YA QUE NO REBASAN LOS 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LA ANTIGÜEDAD NO SEA MAYOR DE 5 AÑOS.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 8.2.11 DICE: QUE CUENTE CON EL SERVICIO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN TÉCNICA INMEDIATA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR DIRECCIÓN Y NÚMERO TELEFÓNICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA ATENCIÓN TÉCNICA SE DEBERÁ DE REALIZAR POR PERSONAL DEBIDAMENTE FACULTADO Y CAPACITADO POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 8.2.11 DICE: QUE CUENTE CON EL SERVICIO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN TÉCNICA INMEDIATA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR DIRECCIÓN Y NÚMERO TELEFÓNICO. PREGUNTA: EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ DE AGREGAR A LA PROPUESTA TÉCNICA COPIA SIMPLE Y LEGIBLE DE LA CEDULA Y/O TÍTULO ADEMÁS DE SU ALTA AL IMSS PARA CORROBORAR QUE EL PERSONAL TÉCNICO FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LOS PUNTOS 8.2 Y 8.3 RESPECTO A LO SOLICITADO DENTRO DE LOS SOBRES DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. EN CASO DE QUERER INCLUIR ESTE DOCUMENTO EN SU PROPUESTA, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 8.2.11 DICE: QUE CUENTE CON EL SERVICIO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN TÉCNICA INMEDIATA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR DIRECCIÓN Y NÚMERO TELEFÓNICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NÚMERO DE PERSONAS TÉCNICAS CAPACITADAS QUE DEBE DE CONTAR ESTE CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO TÉCNICO. ¿FAVOR DE ACLARAR?</p>	<p>CADA PARTICIPANTE DEBERÁ CONSIDERAR LA CANTIDAD DE PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 8.2.22 DICE: DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DE (LOS) FABRICANTE(S) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE RUBRO Y EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA OFERTE EQUIPO USADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO, NO SERÁ NECESARIA ADJUNTAR LA CARTA PUESTO QUE MI REPRESENTADA ES LA RESPONSABLE DE DAR EL</p>	<p>DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O EN SU CASO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, PARA GARANTIZAR LA ORIGINALIDAD Y</p>



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and other scribbles.

<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A TODOS LOS EQUIPOS OFERTADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ADQUISICIÓN LEGAL DE LOS EQUIPOS.</p> <p>ASÍ MISMO, PARA GARANTIZAR QUE A LA FECHA SE COMERCIALIZAN LAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y DEMÁS, QUE PERMITAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 8.2.23 DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR POR SEPARADO (LOTE "A" Y "B") CARTA DE RESPALDO DE (LOS) FABRICANTE(S) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DONDE ACREDITE FEHACIENTEMENTE QUE EL (LOS) FABRICANTE(S) CUENTAN CON LA CAPACIDAD Y QUE SE OBLIGA SOLIDARIAMENTE CON EL LICITANTE... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL PRESENTE NUMERAL APLICA PARA AQUELLOS LICITANTES QUE OFERTEN EN SU PROPUESTA Y USEN EQUIPAMIENTO NUEVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>PARA EL CASO DEL LOTE B, DONDE EXISTE LA ENTREGA DE PLACAS, DEBERÁ ANEXAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, DONDE SE INDIQUE QUE SE CUENTA CON SUFICIENCIA DEL CONSUMIBLE (PLACAS) PARA LAS IMPRESORAS QUE SE OFERTEN.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 8.2.30 DICE: TRATÁNDOSE DE LICITANTES QUE TENGAN SU DOMICILIO FISCAL FUERA DEL ESTADO, DEBERÁN COMPROMETERSE A PRESENTAR LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POR CONTRIBUCIONES ESTATALES EN LA CUAL SE PLASME QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO... PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE PARA LICITANTES QUE TENGAN SU DOMICILIO FISCAL FUERA DEL ESTADO DE VERACRUZ, ESTOS DEBERÁN DE ANEXAR UNA CARTA COMPROMISO EN LA CUAL SE REALIZARA DICHO TRÁMITE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA ESTATAL UNA VEZ ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 8.2.31 DICE: PRESENTAR OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA RESPECTO DE IMPUESTOS FEDERALES... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA RESPECTO DE IMPUESTOS FEDERALES ÚNICAMENTE APLICA PARA AQUELLOS LICITANTES QUE TENGAN SU DOMICILIO DENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA APLICACIÓN ES EN GENERAL PARA TODOS LOS PARTICIPANTES SIN IMPORTAR SU DOMICILIO FISCAL.</p>




Handwritten signatures and marks in blue and green ink.

<p>REFERENTE AL NUMERAL 8.2.32 DICE: DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO QUE AVALE QUE REALIZO EL ÚLTIMO PAGO MENSUAL DE IMPUESTOS... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SE DEBERÁN DE ANEXAR LA ÚLTIMA DECLARACIÓN PROVISIONAL DE ISR LA CUAL COMPRUEBA QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ESTA CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA LA COPIA DEL ÚLTIMO PAGO MENSUAL DE IMPUESTOS, MISMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2023.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 11.1 DICE: "QUEDA PROHIBIDO A LOS LICITANTES CONCERTAR POSTURAS ENTRE SÍ, LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO DE LOS ENTES PÚBLICOS VIGILARÁN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y PONDRÁN EN CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA TODA POSIBLE IRREGULARIDAD... PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, EN CASO DE OFERTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE EVENTO O QUE CUMPLA CON UN RANGO DE DIFERENCIA ENTRE LO SOLICITADO Y LO OFERTADO POR MI REPRESENTADA, NO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO TODA VEZ QUE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SON EXCLUSIVAS DE UNA SOLA CASA COMERCIAL DANDO TOTAL VENTAJA AL PROVEEDOR ACTUAL Y EXCLUYENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA ECONÓMICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA DEMUESTRE LA MEJORA TECNOLÓGICA DEL EQUIPO OFERTADO, Y QUE CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.</p>

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO


PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>REFERENTE AL NUMERAL 3 DE SALA DE RAYOS X ANÁLOGA DICE : ALIMENTACIÓN : 230 V, 50/60 HZ PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE REQUIERE UNA ALIMENTACIÓN DE 380 V ESTO EN EL ENTENDIDO QUE EL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN NO AFECTA EL DESEMPEÑO DEL MISMO ¿ SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DENTRO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS SON DE CONFORMIDAD A LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ACTUAL DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. APEGARSE A BASES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 10 DE SALA DE RAYOS X ANÁLOGA DICE: PESO MÁXIMO DEL PACIENTE: 300 KG PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE SOPORTE UN PESO DE 275 KG EN EL ENTENDIDO QUE ES UN PESO MÁS QUE SUFICIENTE PARA SOPORTAR PACIENTES QUE PADECEN DE OBESIDAD ¿ SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>




[Handwritten signatures and marks]



<p>REFERENTE AL NUMERAL 8 DE SALA DE RAYOS X ANÁLOGA DICE: MOVIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE LA MESA, LONGITUDINAL: 1,000 (± 500) MM PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UN MOVIMIENTO LONGITUDINAL DE ± 450 MM ESTO EN EL ENTENDIDO QUE 5 CM DE DIFERENCIA NO AFECTAN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN BRINDADA AL PACIENTE ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 12 DE SALA DE RAYOS X ANÁLOGA DICE: RECORRIDO: VERTICAL 1,640 MM (420 A 2,060 MM) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UN RECORRIDO VERTICAL DE 1450 MM ESTO EN EL ENTENDIDO QUE EL RECORRIDO QUE PRESENTA ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA TRATAR A LA MAYORÍA DE PACIENTES ¿ SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 21 DE SALA DE RAYOS X ANÁLOGA DICE: PARA USO CON CASETE O CHASIS CON IP DE FÓSFORO PARA RADIOLOGÍA GENERAL PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DIGITAL QUE UTILICE UN DETECTOR PLANO PARA GENERAR LA IMAGEN EN VEZ DE UN CHASIS ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 22 DE RAYOS X MÓVIL DIGITAL DICE: PANEL DE OPERACIÓN FLEXIBLE CON MOVIMIENTO DE ROTACIÓN, INCLINACIÓN Y AJUSTE DE ALTURA PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PANEL DE OPERACIÓN FLEXIBLE PUEDE SER UN CONTROL REMOTO PARA CONTROLAR DICHAS FUNCIONES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 15 DE RAYOS X MÓVIL DIGITAL DICE: ALMACENAMIENTO INTERNO DEL DETECTOR DE AL MENOS 100 IMÁGENES PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO CUMPLE CON EL REQUISITO DE 1100 IMÁGENES YA QUE CUENTA CON 128 GB ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>EL NUMERAL 15, ESTABLECE COMO UN MÍNIMO DE ALMACENAMIENTO DE 100 IMÁGENES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 17 DE RAYOS X MÓVIL DIGITAL DICE: PESO DE 100 KG O MENOR PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE 370 KG ESTO EN EL ENTENDIDO QUE EL PESO NO AFECTA EL DESEMPEÑO SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA. LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DENTRO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS SON DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR PERSONAL USUARIO Y LA</p>



	<p>INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 3 DE DIGITALIZADOR CR (COMPUTED RADIOGRAPHY) PARA ALTA PRODUCTIVIDAD DICE: RENDIMIENTO POR HORA DE 165 IPS/HR PARA TAMAÑO DE 18 X 24" PREGUNTA: AL OFERTAR UN EQUIPO CUYO RENDIMIENTO ES DE 83 PLACAS /HR PARA TAMAÑO DE 35 X 43 CM, SE DA POR HECHO QUE ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LA CARACTERÍSTICA PROPUESTA ES MENOR A LA SOLICITADA EN BASES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 14 DE DIGITALIZADOR CR (COMPUTED RADIOGRAPHY) PARA ALTA PRODUCTIVIDAD DICE: QUE CUENTE CON UNA FUNCIÓN QUE DEMUESTRE SI HAY EVIDENCIA DE MOVIMIENTO EN LA IMAGEN PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A UN SOFTWARE QUE PERMITA LA CORRECCIÓN DE ESCALA DE GRISES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO ES UN SOFTWARE, SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBERÁ DE DETECTAR SI EXISTE MOVIMIENTO DE LA IMAGEN, EN EL MOMENTO DE LA TOMA DEL ESTUDIO.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 4 DE DIGITALIZADOR CR (COMPUTED RADIOGRAPHY) PARA RADIOLOGÍA GENERAL DICE: PESO DE 39 KG PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE 180 KG EN EL ENTENDIDO QUE PRESENTA CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE EL PESO ES DETERMINANTE PARA LA SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL USUARIO, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA DE CADA HOSPITAL.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 14 DE DIGITALIZADOR CR (COMPUTED RADIOGRAPHY) PARA RADIOLOGÍA GENERAL DICE: QUE CUENTE CON UNA FUNCIÓN QUE DEMUESTRE SI HAY EVIDENCIA DE MOVIMIENTO EN LA IMAGEN PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A UN SOFTWARE QUE PERMITA LA CORRECCIÓN DE ESCALA DE GRISES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO ES UN SOFTWARE, SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBERÁ DE DETECTAR SI EXISTE MOVIMIENTO DE LA IMAGEN, EN EL MOMENTO DE LA TOMA DEL ESTUDIO.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 3 DE MASTÓGRAFO ANALÓGICO DICE: RANGO DE MAS DE 1 A 640 MAS PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO MAS DE 2% MÁS MENOS DE LO QUE SOLICITA LA CONVOCANTE EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE SIGUE SIENDO UN VALOR MUY CERCANO A LO SOLICITADO POR LO CUAL NO AFECTA EL RENDIMIENTO DEL HOSPITAL.</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>



[Handwritten signatures and marks in blue and green ink]


<p>REFERENTE AL NUMERAL 4 DE MASTÓGRAFO ANALÓGICO</p> <p>DICE: RANGO KV DE 20 A 35 KV, CON INCREMENTOS DE 0.5 KV.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE 23 A 35 KV CON INCREMENTOS DE 1 KV EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE SIGUE SIENDO UN VALOR MUY CERCANO AL SOLICITADO POR LO CUAL NO AFECTA EL RENDIMIENTO DEL HOSPITAL.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 8 DE MASTÓGRAFO ANALÓGICO</p> <p>DICE: CAPACIDAD CALORÍFICA DEL ÁNODO DE 300 KHU.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE MÁS MENOS 47% DE 300 KHU EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA DE FÁBRICA DEL EQUIPO POR LO CUAL NO AFECTA EN SU RENDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA PROPUESTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, CONSIDERANDO QUE LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CENETEC PIDE CAPACIDAD CALORÍFICA DE IGUAL O MAYOR A 160 000 HU (160 KHU).</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 10 DE MASTÓGRAFO ANALÓGICO</p> <p>DICE: AGD (DOSIS GLANDULAR MEDIA).</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, PARA PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA, SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO EL CUAL NO CONTENTA ESTA FUNCIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE EL EQUIPO ES DIGITAL POR LO CUAL POSEE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA EQUIVALENCIA O LA SUPERIORIDAD TECNOLÓGICA QUE SUSTITUYE ESTA FUNCIÓN.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 13 DE MASTÓGRAFO ANALÓGICO</p> <p>DICE: MOVIMIENTO VERTICAL MOTORIZADO DE 85CM (428MM A 1278MM).</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN MOVIMIENTO VERTICAL MOTORIZADO MÁS MENOS 6% DE LO QUE SOLICITA LA CONVOCANTE (69 CM A 150 CM) EN EL ENTENDIDO DE QUE SIGUE SIENDO UN VALOR ALTO EL CUAL NO AFECTA AL RENDIMIENTO DEL HOSPITAL.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 18 DE MASTÓGRAFO ANALÓGICO</p> <p>DICE: COMPATIBILIDAD CON CR DEL MISMO FABRICANTE QUE EL MASTÓGRAFO.</p> <p>PREGUNTA: EN EL ENTENDIDO DE QUE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ OFERTANDO ES SUPERIOR YA QUE ES DIGITAL, NO ES NECESARIO QUE SEA COMPATIBLE CON UN CR. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA</p>



[Handwritten signatures and marks in blue and green ink]



<p>REFERENTE AL NUMERAL 3 DE MASTÓGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO</p> <p>DICE: POTENCIA DE 7 KW.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EL EQUIPO CON POTENCIA DE MÁS MENOS 20% DEL VALOR REQUERIDO EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA DE FÁBRICA DEL EQUIPO LA CUAL NO AFECTA A SU RENDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LA POTENCIA SEA DE 7 KW O MAYOR.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 5 DE MASTÓGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO</p> <p>DICE: RANGO DE KV DE 22 A 49 , CON INCREMENTOS DE 1 K V.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE 23 A 35 KV CON INCREMENTOS DE 1 KV EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE SIGUE SIENDO UN VALOR MUY CERCANO AL SOLICITADO POR LO CUAL NO AFECTA EL RENDIMIENTO DEL HOSPITAL.</p>	<p>NO SE ACEPTA PROPUESTA. APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, TODA VEZ QUE EL RANGO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CENETEC (EMITIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2017), ESTABLECE EL RANGO DE 20 A 49 KV.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 7 DE MASTÓGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO</p> <p>DICE: CAPACIDAD CALORÍFICA DEL ÁNODO DE 300 KHU.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE MÁS MENOS 47% DE 300 KHU EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA DE FÁBRICA DEL EQUIPO POR LO CUAL NO AFECTA EN SU RENDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA PROPUESTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, CONSIDERANDO QUE LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CENETEC PIDE CAPACIDAD CALORÍFICA DE IGUAL O MAYOR A 160 000 HU (160 KHU).</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 16 DE MASTÓGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO</p> <p>DICE: ROTACIÓN + 190° A -190°.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN MOVIMIENTO DE ROTACIÓN MÁS MENOS 6% DE LO QUE SOLICITA LA CONVOCANTE EN EL ENTENDIDO DE QUE SIGUE SIENDO UN VALOR MUY CERCANO AL REQUERIDO EL CUAL NO AFECTA LAS FUNCIONES DEL HOSPITAL.</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN SEA A MAYOR PORCENTAJE.</p>



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



<p>REFERENTE AL NUMERAL 26 DE MASTÓGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO</p> <p>DICE: MATRIZ DE 4728 X 5928 PÍXELES.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR CON MATRIZ DE IMAGEN DE 2816 X 3584 PÍXELES EN EL ENTENDIDO DE QUE SIGUE SIENDO UN VALOR ALTO EL CUAL NO AFECTA LA CALIDAD DE IMAGEN.</p>	<p>NO SE ACEPTA PROPUESTA. LA CARACTERÍSTICA PROPUESTA ES MENOR A LA SOLICITADA EN BASES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 32 DE MASTÓGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO</p> <p>DICE: PANTALLA LCD DE 21" O MAYOR</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA TFT EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES SUPERIOR A LA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE OFERTE EL TAMAÑO DE LA PANTALLA, SOLICITADO EN BASES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 33 DE MASTÓGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO</p> <p>DICE: MATRIZ DE 2MP.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA MATRIZ DE 1536 X 2048 EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES SUPERIOR A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 34 DE MASTÓGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO</p> <p>DICE: ALMACENAMIENTO EN DISCO DURO DE 500GB O MAYOR.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON DISCO DURO DE 2TB EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES SUPERIOR A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 25 DE MASTÓGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO</p> <p>DICE: GRADACIÓN DE SALIDA DE 16 BITS.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN VALOR DE SALIDA MÁS MENOS 13% DE LO QUE SOLICITA LA CONVOCANTE EN EL ENTENDIDO DE QUE SIGUE SIENDO UN VALOR MUY CERCANO AL REQUERIDO EL CUAL NO AFECTA LAS FUNCIONES DEL HOSPITAL.</p>	<p>SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE OFERTE UN VALOR SUPERIOR A LO SOLICITADO.</p>



Handwritten signatures and marks in blue ink.


<p>REFERENTE AL NUMERAL 4 DE DIGITALIZADOR CR PARA MASTOGRAFÍA CON RESOLUCIÓN DE 50 MICRONES DICE: PESO DE 39 KG PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE 180 KG EN EL ENTENDIDO QUE PRESENTA CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA PROPUESTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 14 DE DIGITALIZADOR CR PARA MASTOGRAFÍA CON RESOLUCIÓN DE 50 MICRONES DICE: QUE CUENTE CON UNA FUNCIÓN QUE DEMUESTRE SI HAY EVIDENCIA DE MOVIMIENTO EN LA IMAGEN PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A UN SOFTWARE QUE PERMITA LA CORRECCIÓN DE ESCALA DE GRISES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO ES UN SOFTWARE, SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBERÁ DE DETECTAR SI EXISTE MOVIMIENTO DE LA IMAGEN, EN EL MOMENTO DE LA TOMA DEL ESTUDIO.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 4 DE UNIDAD PORTATIL PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR DICE: CON PESO DE 3.4 KG (CON BATERÍA INTEGRADA) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN PESO DE 5.0 KG SIN BATERÍA INTEGRADA, CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA PROPUESTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 28 DE UNIDAD PORTATIL DE USO GENERAL DICE: CON UN PESO DE 4.9 KG PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN PESO DE 5.0 KG SIN BATERÍA INTEGRADA, CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE PUEDE DAR RESPUESTA, YA QUE NO ESTABLECE A QUE EQUIPO REFIERE SU PREGUNTA. NO EXISTE UNA FICHA DE "UNIDAD PORTÁTIL DE USO GENERAL".</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 4 DE ORTOPANTOMOGRAFÍA DICE: FILTRACIÓN TOTAL MÍNIMA DE 2.8 MM AL EQ. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA FILTRACIÓN TOTAL MÍNIMA DE 3.2 MM AL EQ CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 6 DE ORTOPANTOMOGRAFÍA DIGITAL DICE: TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 60 KVP A 99 KVP. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 60 KVP A 90 KVP CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE PUEDE DAR RESPUESTA YA QUE EL NUMERAL 6 DE LA FICHA TÉCNICA DEL ORTOPANTOMOGRAFÍA DIGITAL, NO CORRESPONDE A LO CITADO EN SU PREGUNTA.</p>



Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and several scribbles.



<p>REFERENTE AL NUMERAL 4 DE ORTOPANTOMOGRAFÍA DIGITAL DICE: FILTRACIÓN TOTAL MÍNIMA DE 2.5 MM AL EQ.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA FILTRACIÓN TOTAL MÍNIMA DE 3.2 MM AL EQ CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 3 DE SALA DE RAYOS X DIGITAL DICE : ALIMENTACIÓN : 230 V, 50/60 HZ PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE REQUIERE UNA ALIMENTACIÓN DE 380 V ESTO EN EL ENTENDIDO QUE EL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN NO AFECTA EL DESEMPEÑO DEL MISMO ¿ SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DENTRO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS SON DE CONFORMIDAD A LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ACTUAL DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. APEGARSE A BASES.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 10 DE SALA DE RAYOS X DIGITAL DICE: PESO MÁXIMO DEL PACIENTE: 300 KG PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE SOPORTE UN PESO DE 275 KG EN EL ENTENDIDO QUE ES UN PESO MÁS QUE SUFICIENTE PARA SOPORTAR PACIENTES QUE PADECEN DE OBESIDAD ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 8 DE SALA DE RAYOS X DIGITAL DICE: MOVIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE LA MESA, LONGITUDINAL: 1,000 (± 500) MM PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UN MOVIMIENTO LONGITUDINAL DE ± 450 MM ESTO EN EL ENTENDIDO QUE 5 CM DE DIFERENCIA NO AFECTAN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN BRINDADA AL PACIENTE ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 12 DE SALA DE RAYOS X DIGITAL DICE: RECORRIDO: VERTICAL 1,640 MM (420 A 2,060 MM) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UN RECORRIDO VERTICAL DE 1450 MM ESTO EN EL ENTENDIDO QUE EL RECORRIDO QUE PRESENTA ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA TRATAR A LA MAYORÍA DE PACIENTES ¿ SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>



Handwritten signatures and marks in blue ink.



<p>REFERENTE AL NUMERAL 21 DE SALA DE RAYOS X DIGITAL DICE: DETECTOR DIGITAL PARA RADIOLOGÍA (MARCA: FUJIFILM) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR COMPATIBLE CON EL EQUIPO QUE ESTAMOS OFERTANDO, ESTO PARA PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 24 DE SALA DE RAYOS X DIGITAL DICE: TAMAÑO DE PIXEL DE 150 MM PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA, NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR CON TAMAÑO DE PIXEL DE 140 MM EN EL ENTENDIDO DE QUE ES UN VALOR MUY CERCANO AL SOLICITADO POR LO QUE NO AFECTA LA CALIDAD DE IMAGEN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA PROPUESTA. LA CARACTERÍSTICA PROPUESTA ES MENOR A LA SOLICITADA EN BASES. TODA VEZ QUE AL SER MÁS PEQUEÑO CAPTA MENOR LUZ Y PUEDE PRODUCIR RUIDO EN LA IMAGEN</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 26 DE SALA DE RAYOS X DIGITAL DICE: DE SILICIO AMORFO (A- SI) CON CENTELLADOR DE OXISULFURO DE GADOLINIO(GOS) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA, NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR DE SEMICONDUCTOR DE SILICIO AMORFO (A-SI) CON CENTELLEADOR DE YODURO DE CESIO (CSI) EN EL ENTENDIDO DE QUE NO AFECTA LA CALIDAD DE IMAGEN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL SIN NUMERAL DE SERVIDOR PACS CENTRAL DICE: SERVIDOR PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) CENTRAL PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN SERVIDOR CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE QUE SE OFERTARÁ.</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O MEJORA TECNOLÓGICA Y SEA COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS OFERTADOS.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL SIN NUMERAL DE SERVIDOR PACS DICE: SERVIDOR PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN SERVIDOR CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE QUE SE</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O MEJORA</p>



(Handwritten signatures and marks)

OFERTARÁ.	TECNOLÓGICA Y SEA COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS OFERTADOS.
<p>REFERENTE AL NUMERAL 14 DE SISTEMA CLÍNICO ELECTRÓNICO</p> <p>DICE: QUE CUENTE CON UN APP QUE SE PUEDA DESCARGAR DE MANERA GRATUITA EN APPLE STORE Y EN GOOGLE PLAY PARA PLATAFORMAS MÓVILES</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA SOLUCIÓN SIN ESTE REQUERIMIENTO PARA PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA, EN EL ENTENDIDO QUE A SOLUCIÓN OFERTADA CUMPLE CON OTRAS CARACTERÍSTICAS.</p>	<p>NO ES POSIBLE CONTESTAR SU PREGUNTA DEBIDO A QUE NO ESPECIFICA LA SOLUCIÓN A OFERTAR.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 56 DE SISTEMA CLÍNICO ELECTRÓNICO</p> <p>DICE: SOLO NECESITA UN CLIC PARA SELECCIONAR UN EXAMEN PROGRAMADO Y OTRO PARA ADMITIR AL PACIENTE</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA SOLUCIÓN CON MAYOR NÚMERO DE CLICS EN EL ENTENDIDO DE QUE NO AFECTA EL RENDIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN Y PARA PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO LA SOLUCIÓN OFERTADA CONSIDERE UNA INTERFAZ INTUITIVA PARA EL PERSONAL MÉDICO USUARIO.</p>
<p>REFERENTE AL NUMERAL 69 DE SISTEMA CLÍNICO ELECTRÓNICO</p> <p>DICE: OPCIÓN "INFORMADA POR" Y "VALIDADA POR" PARA DOS MÉDICOS DIFERENTES EN EL MISMO INFORME</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE REQUERIMIENTO CON CAPTURAS DE PANTALLA, ASÍ COMO REFERENCIAR CON OTRAS PALABRAS EN EL ENTENDIDO DE QUE TIENE LA MISMA FUNCIÓN QUE LA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA LA EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD TECNOLÓGICA.</p>

IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>ACLARACIÓN 1. NUMERAL 8.2.32 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE NUMERAL SE DEBERÁ INTEGRAR DENTRO EN LA PROPUESTA TÉCNICA EL COMPROBANTE DEL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL MENSUAL ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ESTA CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA LA COPIA DEL ÚLTIMO PAGO MENSUAL DE IMPUESTOS, MISMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2023.</p>



(Handwritten signatures and marks in blue and green ink)



ACLARACIÓN 2.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DAR A CONOCER EL MÉTODO A TRAVÉS DEL CUAL SE GARANTIZARÁ LA CALIDAD Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO A CONTRATAR. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.

LA GARANTÍA DEL SERVICIO, SE RESPALDA CON TODOS LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES.

ACLARACIÓN 3.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA GARANTIZA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD EN EL SERVICIO A CONTRATAR SOLICITE COMPROBAR PRESENTANDO SEIS CONTRATOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS (2017 A 2022) QUE DEMUESTREN LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS INTEGRALES DE IMAGENOLOGÍA; DONDE AL MENOS DOS DE ESTOS CONTRATOS ACREDITEN UN IMPORTE MÍNIMO DE \$200,000,000.00 (DOSCIENTOS MILLONES) SIN INCLUIR I.V.A., Y ASÍ MISMO PRESENTAR AL MENOS CUATRO CARTAS DE LIBERACIÓN Y/O CANCELACIÓN EXPEDIDO POR LA CONTRATANTE O AFIANZADORA.

APEGARSE AL PUNTO 8.2.28 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

ACLARACIÓN 4.

ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO SE DEBERÁ PRESENTAR EL ISO 9001:2015 VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE CON ALCANCE AL MENOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA ADMINISTRACIÓN, ADECUACIÓN FÍSICA, INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO, ANÁLISIS CLÍNICOS, PRODUCTOS, SERVICIOS INTEGRALES, SERVICIOS SUBROGADOS, ASISTENCIA TÉCNICA, ASISTENCIA MÉDICA, RECURSO HUMANO, EQUIPO Y/O INSUMO PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS ENFOCADOS A ÁREAS MÉDICAS Y DE SALUD EN: DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS (IMAGENOLOGÍA), MEDICINA HIPERBÁRICA, HEMODINAMIA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, LABORATORIO, BANCO DE SANGRE, ANESTESIA, ESTIMULACIÓN CARDIACA Y ELECTROFISIOLOGÍA, AUDIOLOGÍA, CAMAS HOSPITALARIAS, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR Y/O TELEMONITORIZACIÓN. EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LICITACIONES PÚBLICAS, ADJUDICACIONES DIRECTAS E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.


SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

ACLARACIÓN 5.

ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ASEGURAR LA CORRECTA ENTREGA DE DICHOS INSUMOS Y ACREDITAR QUE DA CUMPLIMIENTO A LA NOM-240- SSA1-2012, "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA", SE DEBERÁ PRESENTAR EL ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS Y QUE DICHO OFICIO DEBERÁ ESTAR VIGENTE Y A NOMBRE DEL LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



[Handwritten signatures and marks]

ACLARACIÓN 6.

NUMERAL. 1.1.1 "VISITAS A LAS UNIDADES"

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LA DIRECCIÓN COMPLETA DEL "HOSPITAL DE LA COMUNIDAD NAUTLA" Y SE PERMITA REALIZAR LA VISTA, YA QUE DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO 3, LOTE A, DIRECTORIO DE UNIDADES NO CUENTA CON UN DOMICILIO O NÚMERO TELEFÓNICO PARA LA LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE Y POR LO CUAL SE ACUDIÓ AL MUNICIPIO Y NO FUE POSIBLE LOCALIZAR LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASES.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>ACLARACIÓN 1. BASES Y ANEXOS 1.10 DICE: "LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DENTRO DE LOS 5 A 10 DÍAS NATURALES DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD DE LOS EQUIPOS PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO EN UN LAPSO DE 60 A 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA LIBERACIÓN DE LOS ESPACIOS POR PARTE DEL PROVEEDOR SALIENTE. ESTO ES DERIVADO DEL POCO TIEMPO QUE SE ESTABLECE, EL CUAL FAVORECE ÚNICAMENTE AL PROVEEDOR QUE ACTUALMENTE PRESTA EL SERVICIO, YA QUE SERÍA EL ÚNICO PROVEEDOR QUE CUMPLIERA CON ESTOS TIEMPOS YA QUE LA BASE DE EQUIPOS SE ENCUENTRA PREVIAMENTE INSTALADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?"</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. CABE MENCIONAR QUE NO SE OTORGA VENTAJA A NINGÚN PROVEEDOR, EL OBJETIVO DE LOS 10 DÍAS ES NO DEJAR SIN SERVICIO A LA POBLACIÓN USUARIA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, ASÍ COMO EVITAR DAÑOS EN LA SALUD POR NO CONTAR CON UN AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO VITAL.</p>
<p>ACLARACIÓN 2. BASES Y ANEXOS 1.1 DE LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA AMPLIAR LOS TIEMPOS PROPORCIONADOS PARA LAS VISITAS, DERIVADO DE QUE 2 DE LOS 4 DÍAS ESTABLECIDOS ERAN FINES DE SEMANA Y MUCHAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS INVOLUCRADAS NO TENÍAN O NO PERMITÍAN EL ACCESO A LAS MISMAS. ADICIONALMENTE, SOLO PROPORCIONARON 4 DÍAS PARA REALIZAR VISITAS A 56 UNIDADES MÉDICAS, LO CUAL LIMITA TREMENDAMENTE LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, OTORGANDO CLARA VENTAJA AL PROVEEDOR ACTUAL. DE TAL SUERTE, SOLICITAMOS QUE LAS VISITAS SEAN AMPLIADAS MÍNIMO DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y HASTA EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?"</p>	<p>APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS MODIFICACIONES A LAS PRESENTES BASES.</p>



(Handwritten signatures and marks)



<p>ACLARACIÓN 3. LOTE A "ANEXO TÉCNICO 1" DE LAS VISITAS AL HOSPITAL COMUNITARIO DE NAUTLA.</p> <p>PREGUNTA: DURANTE EL PROCESO DE VISITAS OBLIGATORIAS, NOS PERCATAMOS DE QUE ESTE HOSPITAL SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN, Y EN EL ANEXO NO SE ESTABLECE UNA DIRECCIÓN NI TELÉFONO DE CONTACTO PARA REALIZAR DICHA VISITA. EN ESTE SENTIDO ES CORRECTO COMPRENDER QUE LA VISITA A ESTA UNIDAD MÉDICA NO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIA?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASES.</p>
<p>ACLARACIÓN 4. ANEXO TECNICO 1 LOTE "A" FICHAS TECNICAS NOMBRE GENERICO: RAYOS X MOVIL DIGITAL</p> <p>ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE: NUMERAL 17._ PESO DE 100 KG. O MENOS</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE CADA CASA COMERCIAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL PESO NO SOBREPASE LOS 100 KG.</p>
<p>ACLARACIÓN 5. ANEXO TECNICO 1 LOTE "A" FICHAS TECNICAS NOMBRE GENERICO: RAYOS X MOVIL DIGITAL</p> <p>ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE: NUMERAL 7._ CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TERMICO EN EL ANODO DE 50 KHU</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE CADA CASA COMERCIAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SU PROPUESTA CUMPLA CON LA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>ACLARACIÓN 6. ANEXO TECNICO 1 LOTE "A" FICHAS TECNICAS NOMBRE GENERICO: DIGITALIZADOR CR (COMPUTED RADIOGRAPHY) PARA RADIOLOGIA GENERAL)</p> <p>ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE: NUMERAL 4._ PESO DE 39 KG.</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SU PROPUESTA CUMPLA CON LA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA.</p>



Handwritten signatures and marks in blue ink.




<p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA CASA COMERCIAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ACLARACIÓN 7. ANEXO TECNICO 1 LOTE "A" FICHAS TECNICAS NOMBRE GENERICO: MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO</p> <p>ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE: NUMERAL 30._ CRECIMIENTO A FUTURO (ESCALABLE) PARA PODER REALIZAR: TOMOSINTESIS, BIOPSIA ESTEREOTAXICA, BIOPSIA GUIADA POR TOMOSINTESIS Y QUE PERMITA REALIZAR MAMOGRAFIA CON REALCE DE CONTRASTE MEDIANTE TECNICA DE ENERGIA DUAL (CEDM).</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO COMO OPCIONAL YA QUE DERIBADO DE LAS VISITAS A LAS UNIDADES NO SE LE DA UTILIDAD A ESTAS HERRAMIENTAS, SIENDO LOS EQUIPOS UNICAMENTE PARA TAMIZAJE . ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. TODA VEZ QUE, EN LA ACTUALIDAD EL PERSONAL ESPECIALIZADO PUEDE REQUERIR ESTE ESTUDIO, YA QUE LOS MASTÓGRAFOS ESTÁN INSTALADOS EN UNIDADES HOSPITALARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE ONCOLOGÍA.</p>
<p>ACLARACIÓN 8. ANEXO TECNICO 1 LOTE "A" FICHAS TÉCNICAS NOMBRE GENERICO: DIGITALIZADOR CR PARA MASTOGRAFIA CON RESOLUCION DE 50 MICRONES</p> <p>ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE: NUMERAL 4._ PESO DE 39 KG.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA CASA COMERCIAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SU PROPUESTA CUMPLA CON LA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>ACLARACIÓN 9. ANEXO TECNICO 1 LOTE "A" FICHAS TECNICAS NOMBRE GENERICO: UNIDAD PORTATIL PARA ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR</p> <p>ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE: NUMERAL 4._ PESO DE 3.4 KG (CON BATERIA INTEGRADA).</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SU PROPUESTA CUMPLA CON LA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA.</p>



Handwritten signatures and marks in blue ink.

<p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA CASA COMERCIAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ACLARACIÓN 10. ANEXO TECNICO 1 LOTE "A" FICHAS TECNICAS NOMBRE GENERIC: ULTRASONIDO PORTATIL DE USO GENERAL</p> <p>ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE: NUMERAL 28._ CON PESO DE 4.9 KG.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA CASA COMERCIAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SU PROPUESTA CUMPLA CON LA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>ACLARACIÓN 11. ANEXO TECNICO 1 LOTE "A" FICHAS TECNICAS NOMBRE GENERIC: SALA DE RAYOS X DIGITAL</p> <p>ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE: NUMERAL 21._DETECTOR DIGITAL PARA RADIOLOGIA (MARCA: FUJIFILM).</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA CASA COMERCIAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SU PROPUESTA CUMPLA CON LA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
<p>ACLARACIÓN 12. ANEXO TECNICO 1 LOTE "A" FICHAS TECNICAS NOMBRE GENERIC: KIOSKO PARA CONSULTA DE IMÁGENES MEDICAS.</p> <p>ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR COMO ESTACION DE VISUALIZACION REMOTA CON MONITOR DE 22" TECLADO Y MOUSE QUE PERMITAN SU FACIL DESINFECCION YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL KIOSKO PERTENECEN A UNA SOLA CASA COMERCIAL Y LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA O MEJORA TECNOLÓGICA, Y CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.</p>



(Handwritten signatures and marks)

ACLARACIÓN 13.

ANEXO TECNICO 1 LOTE "A"

FICHAS TECNICAS

NOMBRE GENERICO: DIGITALIZADOR CR (COMPUTED RADIOGRAPHY) PARA ALTA PRODUCTIVIDAD.

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE:
NUMERAL 4. 4 BAHIAS PARA CHASIS.

PREGUNTA:

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO COMO ESTACION PARA RADIOLOGIA DR CON DETECTOR FLAT PANEL, TODA VEZ QUE ES UNA TECNOLOGIA SUPERIOR A LA SOLICITADA EN LAS BASES. ¿SE ACEPTA?

SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA O MEJORA TECNOLÓGICA, Y CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.

CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA.-----

SE HACE CONSTAR QUE LA RESPUESTAS ANTES MENCIONADAS NO SON LIMITATIVAS PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

RESPECTO A LAS PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, MANIFIESTAN NO TENER OBJECIÓN ALGUNA, ACEPTANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, FIRMANDO DE CONFORMIDAD.-----

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS BASES. -----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:-----



<https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/> -----

SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR, **DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28** Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.-----

SE REITERA A LOS PARTICIPANTES QUE DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL ACUSE DEBIDAMENTE SELLADO EN ORIGINAL Y COPIA DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EL CUAL EL LICITANTE DEBIÓ HABER PRESENTADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EN CASO DE QUE SEA PERSONA MORAL, DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD. ANEXO 07, SOLICITADO EN EL DOCUMENTO 8.2.20 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.-----

FINALMENTE SE LES RECUERDA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2023, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SITA EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.- -----


5.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **Diecinueve HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMAS DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA. --



POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ


LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES


C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO
TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE ATENCIÓN MÉDICA


**LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX
CERVÓN**
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA



C. LUZ H. PIZAÑA HERNÁNDEZ
COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ


M.S.I. KARLO POMMIER GRANILLO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-013-2023 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LAS ÁREAS DE IMAGENOLÓGÍA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"



POR LOS LICITANTES

EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.	C. ÁNGEL HERMILO FLORES ARIZMENDI	
EQUIPOS Y SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	C. ANA VICTORIA HERNÁNDEZ POZO	

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-013-2023 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LAS ÁREAS DE IMAGENOLÓGIA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"

