

AREA SOLICITANTE: DIRECCION DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CINTA ANTROPOMÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>CINTA ANTROPOMÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. GRADUACIÓN EN CM Y MM. BOTÓN RETRÁCTIL, FORMA CIRCULAR. CAPACIDAD: 150 CM CON PRECISIÓN DE 1 MM. MEDICION DEL DIAMETRO DE CINTA: 14 MM DE ANCHO SERIGRAFIA: IMC EN LA PLATAFORMA GIRATORIA. APROBADA POR FDA PARA USO CLINICO SE NECESITA MUESTRA. GARANTÍA 24 MESES</p> 	5

ELABORÓ: DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

REVISÓ: DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

AUTORIZÓ: DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 50	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: CAJA C/ 36 PIEZAS	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: DIQUE DE HULE LATEX

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>DIQUE DE HULE PROFESIONAL CALIBRE MEDIANO MEDIDAS DE 6 X 6 PULGADAS. FUERZA DE TENSIÓN 24 MPA (MIN). SE NECESITA MUESTRA. GARANTÍA 24 MESES</p> 	50

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 17	MODELO:
CLAVE S.S.: 537.547.0019	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTÁNDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTÉSICO DESECHABLE DE 1.8 ML., DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR ÍNDICE Y MEDIO. ÉMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO O PUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO). REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE MUESTRA GARANTÍA 24 MESES</p> 	17
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: KIT CON 8 PIEZAS	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: KIT DE GRAPAS PARA DIQUE DE GOMA

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>QUE CONTENGA: PORTAGRAPAS, PERFORADOR, ARCO (ADULTO), PLANTILLA UNIVERSAL, PLANTILLA FDI, TABLERO ORGANIZADOR Y GRAPAS DE DIQUE DE GOMA DE #0, #1, #2, #7, #8, #8A, #14A Y #212 DE ACERO INOXIDABLE SATIN STEEL PATENTADO. REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTIA 24 MESES</p> 	10

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 24	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:


NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA BONEW DIADEMA DE CUERO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	<p>LÁMPARA BONEW DIADEMA DE CUERO SUR~GIC, DE 5 W, CON LUZ, 2,5 X 420 MM, DY-105 (BLANCO) CON BINOCULARES. COMBINADO CON UN FARO DE 5 W. BATERÍA RECARGABLE O CON ADAPTADOR DE CORRIENTE CA. NORMA ISO 9001-2000. NORMA ISO 13485-2003. REQUIERE REGISTRO SANITARIO. SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTIA 24 MESES.</p> 	24

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 53201	MARCA:	
CANTIDAD: 5	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: LUPA BINOCULAR DE AUMENTO		
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p>LUPA BINOCULAR DE AUMENTO 3,5 X 420 MM CON LUCES LED, BATERIA DE LITIO RECARGABLE, UN ADAPTADOR DE CORRIENTE, DESTORNILLADOR, CLIP DE ALAMBRE Y PAÑO DE LIMPIEZA. AMPLIACION: 3.5X. COLOR BLANCO. DISTANCIA DE TRABAJO: 320-420 MM PROFUNDIDAD DE VISION: 90 MM / 80 MM. CAMPO DE VISION: 100 MM / 60 MM POTENCIA: 3W. TIEMPO DE TRABAJO: 5 HORAS. INTENSIDAD: 15000-30000 LUX VIDA UTIL DE LA BOMBILLA: 10000 HORAS. VOLTAJE DE ENTRADA: AC100-240V / 50-60HZ. MANUAL DE USUARIO. REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTIA DE 24 MESES</p> 	5
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCION DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	<p>PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO 2 VIAS(AGUA Y AIRE). CONTRÁNGULO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30,000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE. REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	5

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




VERA
CRUZ
ME LLENA DE OROULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 7	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA DE BIOPSIA BABY TISCHLER

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	<p>PINZA DE BIOPSIA BABY TISCHLER FIJA FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD ESTERILIZABLE LONGITUD DE 25 CM CON SEGURO REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	7

ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.701.1203	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZAS PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	<p>FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD ESTERILIZABLE PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL. LONGITUD DE 240 A 260 MM REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTÍA 24 MESES</p> 	5


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 45	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.701.1625	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA DE HEMOSTASIA


RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	<p>INSTRUMENTAL FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD ESTERILIZABLE LONGITUD DE 20 CM NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	45

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 44	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.701.1310	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: PINZA ROCHESTER PEAN	

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	<p>INSTRUMENTAL FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD ESTERILIZABLE RECTA ESTRIADA SIN DIENTES LONGITUD DE 180 A 200 MM NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	44

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.716.2691	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PORTA AGUJA DE USO GENERAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	<p>PORTA AGUJAS DE USO GENERAL HEGAR O MAYO HEGAR. MATERIAL: GRADO QUIRÚRGICO ESTERILIZABLE RECTO CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 200 A 210 MM. NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	10

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 6	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: POSICIONADOR O BASE DE EXPLORACIÓN PARA MASCOTA

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	<p>BASES PARA EXPLORACIÓN DE MASCOTAS O PROPORCIONADOR VETERINARIO PARA MESAS DE CIRUGÍA. FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CHAPA CALIBRE 16. BASE MEDIDA 27 DE ANCHO, 70 CM DE LARGO Y 10.5 CM DE ALTO. NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	6

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE CON 10 PIEZAS	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PUNTAS PARA ESCAREADOR CAVITRON

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	<p>PUNTAS PARA ESCAREADOR CAVITRON. CABEZAL DE LIMPIEZA ULTRASONICA, SUPERFICIE CONCAVA CURVADA DEL CABEZAL. PAQUETE CON PUNTAS NÚMERO P1 G1 G2 G3 G4 (2 PIEZAS DE CADA UNA) TOTAL 10 PUNTAS. NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTIA DE 24 MESES.</p> 	10

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




VERA
CRUZ
ME LLENA DE OBOSILLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ROTOR MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE CAVIDADES DENTALES (PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	<p>PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, CON LUZ LED Y PUSH BUTTON. 2 VIAS (AGUA Y AIRE) INCLUYE ESTUCHE Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO, INTENSIDAD LUMINOSA: 4,000 LUX. CABEZAL ESTANDAR POTENCIA 16 W ROTACIÓN (VELOCIDAD) 330,000-430,000 MIN-1. TAMAÑO DE CABEZAL 0121xAL 13,3 MM, SPRAY DE AGUA, ACERO INOXIDABLE, BALEROS CERAMICOS. NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTIA DE 24 MESES.</p> 	10

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SET CON 6 PIEZAS	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SET DE SUTURA

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	<p>INCLUYE INSTRUMENTAL FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD ESTERILIZABLE:</p> <p>1. PORTAGUJA. 2.</p> <p>PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 10 Ó 12 Ó 18 CM.</p> <p>3. PINZA DE KOCHER DE 1 X 2 DIENTES DE 13 CM.</p> <p>4. PINZA HEMOSTÁTICA CURVA DE CRILLE DE 16 CM.</p> <p>5. TIJERA DE MAYO RECTA DE 14.5 CM.</p> <p>6. CHAROLA.</p> <p>NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTIA 24 MESES</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>	10

ELABORÓ: DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

REVISÓ: DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

AUTORIZÓ: DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 17	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SET CON 4 PIEZAS	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SET ODONTOLÓGIA 1X4.INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
17	<p>SET ODONTOLÓGICO 1X4, INCLUYE INSTRUMENTAL FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD ESTERILIZABLE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ESPEJO DENTAL NO. 5: 2. EXPLORADOR No. 5 3. CUCHARILLA (EXCAVADOR DENTINARIO) 4. PINZA DE CURACIÓN <p>NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	17

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 22	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.859.4884	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TIJERA MAYO-STILLE, RECTA.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	<p>TIJERA DE ACERO INOXIDABLE. ESTERILIZABLE CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM.</p> <p>NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	22

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 513.887.0059	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TORUNDERA CON TAPA

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
19	<p>TORUNDERA CON TAPA FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD ESTERILIZABLE CAPACIDAD DE 250 ML. ACABADO PULIDO. NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA