



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-017-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2023.

EN LA CIUDAD DE XALAPA - ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **13:00 HORAS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3 y 6.4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, XALAPA, VER., LOS C.C. LIC. **FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; C.P.A. **VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ING. **NORMA ELIZABETH RODRIGUEZ TORAL**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA; LIC. **ELSA MARIA VILLARAUX CERVÓN**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ** Y LIC. **ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO**, COTIZADORAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DEL **MSI. KARLO POMMIER GRANILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADO MEDIANTE OFICIO NO. **OIC/SS-SESVER/FI/2074/2023**, A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-017-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2023.

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
- 2.- PRESENTACIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) LICITANTE(S).
- 3.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
- 4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA(S) EMPRESA(S) LICITANTE(S).
- 5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HECHOS

- 1.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ING. NORMA ELIZABETH RODRIGUEZ TORAL	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ	COTIZADORAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO
MSI. KARLO POMMIER GRANILLO	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

- 2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

POR LOS LICITANTES

No.	EMPRESA	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
1	FEHLMEX S.A. DE C.V.	C. AURELIANO RAMÍREZ VÁZQUEZ
2	DEWIMED S.A.	C. MARGARITA NAVA BARRAGÁN
3	C. ARLETT TRUJILLO MÉNDEZ	C. ZURISADDAY TRUJILLO MÉNDEZ
4	GRUMX ASOCIADOS S.A. DE C.V.	C. FRIDA MARLENE PANDO LÓPEZ
5	IT SOLUTIONS SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA Y REDES S.A.P.I. DE C.V.	C. ERICK SÁNCHEZ HERNÁNDEZ



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

6	SINCRONÍA MÉDICA APLICADA S.A. DE C.V.	C. LILIANA IVONNE DUNCAN CANALES
7	DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A. DE C.V.	C. HÉCTOR CASTRO SÁNCHEZ
8	GRUPO MOBS S.A. DE C.V.	C. JOSE MARÍA TAGANO RUIZ

3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE HACE DE CONOCIMIENTO SE REALIZAN **LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES:**

MODIFICACIÓN 1: SE AGREGA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

DICE: RENGLONES DEL 1 AL 293

DEBE DECIR: RENGLONES DEL 1 AL 284

MODIFICACIÓN 2: SE AGREGA AL PROEMIO DE LAS PRESENTES BASES COMO PÁRRAFO QUINTO LO SIGUIENTE:

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE APROBÓ EN LA **QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA** DE FECHA 07 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO **11/EXT.05/2023**, LA HABILITACIÓN DE DÍAS INHÁBILES DENTRO DEL PERÍODO DE VACACIONES 2023.

DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NÚMERO **SESVER/DAM/SAH/DATH/11079/2023**, DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, SIGNADO POR LA DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO, DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA, SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

ACLARACIÓN 1

- Se aclara que **las áreas evaluadoras son**: el Departamento de Tecnologías de la Información, para los bienes informáticos y la Dirección de Atención Médica para el resto de los bienes.

ACLARACIÓN 2

- Para el renglón 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO, Punto 14.1 CANAL ADICIONAL SIMULTANEO, para este punto **se podrá ofertar equipos con un solo canal de capnografía**, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.

ACLARACIÓN 3

- Para el Renglón 39 – UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA, Punto 7.1.- DOS VAPORIZADORES: UNO DE DESFLUORANO Y UNO DE SEVOFLUORANO DE LA MISMA MARCA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, **los**



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

vaporizadores que se requieren en este punto son: uno de SEVOFLUORANO y uno de ISOFLUORANO, de la misma marca de la máquina de anestesia.

4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE ACUERDO AL OFICIO SESVER/DAM/SAH/DATH/11079/2023, DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, SIGNADO POR LA DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO, DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA.

1.- PROVEEDOR: ARLETT TRUJILLO MÉNDEZ

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI EL ORDEN CORRECTO DE LOS RENGLONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN SON BASADOS AL ANEXO TÉCNICO O A LAS FICHAS TÉCNICAS, POR CITAR EJEMPLO EL RENGLÓN 157 CORRESPONDE SEGÚN EL ANEXO AL SET DE VENODISECCIÓN Y EN LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDE AL SET DE RETIRO DE PUNTOS.	APEGARSE ALA MODIFICACIÓN 1 A LAS PRESENTES BASES
2	7.2.6 DEBEMOS ENTENDER QUE LA IMAGEN SOLICITADA DE LOS BIENES SOLO DEBE INCLUIRSE EN LA MEMORIA USB Y NO EN EL ANEXO 2 IMPRESO Y QUE ESTAS DEBEN IR DENTRO DEL FORMATO DEL ANEXO TÉCNICO O FUERA DE EL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA IMAGEN SOLICITADA DEBE INCLUIRSE DENTRO DEL ANEXO 2, IMPRESO, Y EL CUAL DEBE COINCIDIR CON LO CONTENIDO EN LA MEMORIA USB.

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	7.2.12 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI SE ACEPTA LA CARATULA Y LA PAGINA DEL REGISTRO SANITARIO DONDE SE ENCUENTRA REFERENCIADO EL BIEN OFERTADO, ESTO DEBIDO A QUE ALGUNOS REGISTROS SANITARIOS CONTIENEN MUCHAS PAGINAS Y QUE ESTOS SIRVEN PARA REFERENCIAR DIVERSOS BIENES Y ASÍ EVITAMOS DUPLICIDAD DE LOS MISMOS.	EL REGISTRO SANITARIO DEBE INCLUIRSE COMPLETO.
2	PARA LAS PARTIDAS DE INSTRUMENTAL SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR +/- 10% EN LAS DIMENSIONES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, QUE EN CASO DE PROPONER UNA MEDIDA DISTINTA A LA CLAVE SOLICITADA EN INSTRUMENTAL MEDICO, SE DEBERÁ UTILIZAR "S/C" EN LUGAR DE LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, AL SER MODIFICADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CLAVE, DEBE CONSIDERARSE S/C
4	RENGLÓN NO. 15 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES, PUNTO 18 INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO, ESTE EQUIPO NO REQUIERE DE UNA INSTALACIÓN EN ESPECIFICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS DEFINA, ¿QUÉ TIPO DE INSTALACIÓN REQUIERE?	SE ACLARA QUE PARA EL RENGLÓN 15, LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO ES EN CASO DE REQUERIRSE Y A LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
5	RENGLÓN NO. 16 GLUCÓMETRO, PUNTO 16 INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO, ESTE EQUIPO NO REQUIERE DE UNA INSTALACIÓN EN ESPECIFICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS DEFINA, ¿QUÉ TIPO DE INSTALACIÓN REQUIERE?	SE ACLARA QUE PARA EL RENGLÓN 15, LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO ES EN CASO DE REQUERIRSE Y A LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
6	RENGLÓN NO.123 CLAVE 537.370.0128 ESPÁTULA PARA RESINA, DE PLÁSTICO, CON DOBLE PUNTA DE TRABAJO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESPÁTULA PARA RESINA EN ACERO INOXIDABLE CON DOBLE PUNTA DE TRABAJO TEFLONADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
7	RENGLÓN NO.165 CLAVE S/C SET DE INSERCIÓN DE DIU, PUNTO 3 HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACIÓN Y BOTÓN EN LA PUNTA, 4MM	SE ACEPTA SEA OFERTADO EN ACERO INOXIDABLE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	DE DIÁMETRO Y 31 CMS DE LONGITUD. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTARLO EN ACERO INOXIDABLE ¿SE ACEPTA?	
8	RENGLÓN NO.171 CLAVE S/C SET DE EPIDIÓMICO Y VASECTOMÍA, PUNTO 2 PINZA DR LEE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTARLO EN UNA MEDIDA DE 14 CM ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA EN UNA MEDIDA DE 14 CM, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
9	RENGLÓN NO.171 CLAVE S/C SET DE EPIDIÓMICO Y VASECTOMÍA, PUNTO 3 PINZA DE ANILLOS 18 CMS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI ES CURVA O RECTA.	SE ESPECIFICA QUE ES CURVA
10	RENGLÓN NO.173 CLAVE S/C SET DE INSTRUMENTAL OBSTÉTRICO, PUNTO 4 HISTEROMETRO SIMS, RÍGIDO CON GRADUACIÓN EN CENTÍMETROS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTARLO EN ACERO INOXIDABLE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SEA OFERTADO EN ACERO INOXIDABLE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
11	RENGLÓN NO.182 CLAVE S/C SET DE RODILLA, PUNTO 10 Y 11 PORTA AGUJAS-HEGAR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTARLO CON CARBURO DE TUNGSTENO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA CON CARBURO DE TUNGSTENO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
12	RENGLÓN NO.182 CLAVE S/C SET DE RODILLA, PUNTO 35 VASO METÁLICO DE 100 ML. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ES GRADUADO O SIN GRADUAR.	SE ESPECIFICA QUE DEBE SER GRADUADO
13	RENGLÓN NO.184 CLAVE S/C SET DE CIRUGÍA GENERAL DE ADULTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO 34 PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR CON CARBURO DE TUNGSTENO Y PUNTO 39 VASO METÁLICO DE 100 ML CON GRADUACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA CON GRADUACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
14	RENGLÓN NO.194 CLAVE 537.680.0016 PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 255 A 275 X 115 MM Y CAPACIDAD DE 4 A 4.5 LITROS DE BASE ANCHA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PALANGANA DE 5 LITROS DE 11X33 CM DE DIÁMETRO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA DE 5 LITROS DE 11X33 CM DE DIÁMETRO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
15	RENGLÓN NO. 269 CLAVE 513.950.0119 VASO METÁLICO: 100 O 200 ML. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ES GRADUADO O SIN GRADUAR.	SE ESPECIFICA QUE DEBE SER GRADUADO
16	RENGLÓN NO. 277 CLAVE 535.716.0299 PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL ESTRÍAS CRUZADAS, LONGITUD 20 CM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTARLO CON CARBURO DE TUNGSTENO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA CON CARBURO DE TUNGSTENO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
17	RENGLÓN NO. 279 CLAVE 535.477.0116 HISTERÓMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACIÓN Y BOTÓN EN LA PUNTA, 4 MM DE DIÁMETRO, 31 CM DE LONGITUD. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTARLO EN ACERO INOXIDABLE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SEA OFERTADO EN ACERO INOXIDABLE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
18	RENGLÓN NO. 289 CLAVE S/C PINZAS DE ÁNGULO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA LAHEY ANGULADA DE 23 CM ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PINZA LAHEY ANGULADA DE 23 CM, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
19	RENGLÓN NO. 290 CLAVE S/C PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMÍA CURVA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTARLA CON UNA MEDIDA DE 25 CM ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA MEDIDA DE 25 CM, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
20	RENGLÓN NO. 293 CLAVE S/C PINZAS HEMOSTÁTICAS DE ÁNGULO RECTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTARLA CON UNA MEDIDA DE 23 CM ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA MEDIDA DE 23 CM, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

2.- PROVEEDOR: BIODIST S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	NUMERAL 7.1.1. ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA TODOS AQUELLAS CARTAS Y ESCRITOS DEL LICITANTE PUEDEN SER PRESENTADOS COMO ORIGINAL EN HOJA CON IMPRESIÓN A COLOR CON MEMBRETE SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO LA FIRMA DEBE SER AUTOGRAFA.
2	NUMERAL 7.1.4. ÚLTIMO PÁRRAFO.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SE DEBE ESPECIFICAR EL NÚMERO LA LICITACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 7.2.10



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>DICE: "LOS DOCUMENTOS QUE AL EFECTO SE PRESENTEN, DEBERÁN SER ESPECÍFICAMENTE PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-017-2023". ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO LOS ESCRITOS EMITIDOS POR EL LICITANTE DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS CON LA LEYENDA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-017-2023, SIN SER ESTO NECESARIO PARA LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR TERCEROS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
3	<p>NUMERAL 7.2.6. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE LOS MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS EN DONDE SE ENCUENTRE LA REFERENCIA DE LAS ESPECIFICACIONES Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE ENTREGARAN LOS MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS COMPLETOS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE IDENTIFIQUE EL FABRICANTE QUE LO EMITE, SIN RALLADURAS, TACHADURAS NI ENMENDADURAS SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
4	<p>NUMERAL 7.2.10. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE; QUE EN CASO DE QUE SE DIFIERA LA FECHA DE APERTURA DEL PRESENTE EVENTO, LA CARTA DE RESPALDO SE ACEPTE CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDA ORIGINALMENTE (25 DE JULIO DE 2023), SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>EL EVENTO NO SE DIFERIRÁ. SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
5	<p>NUMERAL 7.2.10. DEBIDO A QUE ALGUNOS DE LOS FABRICANTES SE ENCUENTRAN EN EL EXTRANJERO Y LAS CARTAS ORIGINALES NO PODRÍAN ESTAR A TIEMPO PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS CARTAS DE APOYO IMPRESAS A COLOR DEL FORMATO ELECTRÓNICO Y MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGAREMOS LAS CARTAS DE APOYO EN ORIGINAL, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA. APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.</p>
6	<p>NUMERAL 7.2.24. CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DE MI REPRESENTADA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS CON BIENES Y/O SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES</p>
7	<p>NUMERAL 10.1. CONSECUTIVO 1. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR RÚBRICA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CADA UNA DE LAS HOJAS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EL LUGAR DESTINADO PARA ELLO EN CADA ANEXO Y/O ESCRITO QUE SOLICITAN EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>PUNTO 10: DE LA DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES. 10.1. SE DESCALIFICARÁ A LOS PARTICIPANTES QUE INCURRAN EN ALGUNO(S) DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: NO FIRMAN DE MANERA AUTÓGRAFA TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO LOS SOBRES QUE LAS CONTENGAN; NO SE ACEPTA</p>

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>RENGLÓN 33 CONSECUTIVO 1.1 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN, PRINCIPALMENTE EN PACIENTES BARIÁTRICOS, Y RESISTENCIA A UN ALTO FLUJO DE TRABAJO, QUE EL GENERADOR DE LA UNIDAD SEA DE AL MENOS 40KW. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA. SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p>
2	<p>RENGLÓN 33 CONSECUTIVO 1.2</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	ENTENDEMOS QUE EQUIPOS CON UN RANGO DE 70 A 400MA CUMPLEN CON EL SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	
3	RENGLÓN 33 CONSECUTIVO 2.2 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACEPTEN TUBOS CON CAPACIDAD DE 107KHU O MAYOR, EL CAMBIO NO IMPACTARÁ EL FLUJO DEL HOSPITAL TAMPOCO LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
4	RENGLÓN 33 CONSECUTIVO 2.2.4 ENTENDEMOS QUE EQUIPOS QUE TENGAN COLUMNA/SOPORTE DEL TUBO CON ROTACIÓN DE +320° Y - 320° CUMPLE CON LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA, DEBIDO A QUE EN EL REGLÓN 33 NO HAY CONSECUTIVO 2.2.4
5	RENGLÓN 33 CONSECUTIVO 5 ENTENDEMOS QUE CUMPLIRÁ CON ESTE PUNTO EQUIPOS QUE PRESENTEN MANILLA CON PALANCA DE FRENO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO CUMPLA TAMBIÉN CON EL RODAMIENTO.
6	RENGLÓN 33 CONSECUTIVO 7 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACEPTEN EQUIPOS CON PESO DE HASTA 475KG, SOLO 5% MÁS DE LO SOLICITADO, AL SER UN EQUIPO MOTORIZADO, ÉSTE NO TIENE IMPACTO EN LA MANIPULACIÓN Y TRASLADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
7	RENGLÓN 33 CONSECUTIVO 10 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PARA MEJOR VISIBILIDAD Y MEJOR MANIPULACIÓN DEL ESTUDIO, QUE SEA UNA PANTALLA DE AL MENOS 22". ¿SE ACEPTA?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA

3.-PROVEEDOR: DIMSA INTERPRETACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	NUMERAL 7.2.6 - CÁTALOGOS CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL VOLUMEN O CANTIDAD DE HOJAS IMPRESAS A INTEGRAR EN LA PROPUESTA; SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR SÓLO LA PORTADA Y LAS HOJAS REFERENCIADAS DE LOS MANUALES Y CÁTALOGOS, COMPROMETIÉNDONOS A ENTREGARLOS COMPLETOS EN UNA MEMORIA USB. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE IDENTIFIQUE EL FABRICANTE QUE LO EMITE, SIN RALLADURAS, TACHADURAS NI ENMENDADURAS, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	NUMERAL 7.2.10 - CARTA DE RESPALDO DEBIDO AL TIEMPO PARA OBTENER EL DOCUMENTO DEL FABRICANTE EXTRANJERO; SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, EN EL CASO DE FABRICANTES EXTRANJEROS, SE PERMITA PRESENTAR COPIA DE LA CARTA ESCANEADA A COLOR. ADJUNTANDO CARTA COMPROMISO QUE DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGAREMOS LA CARTA ORIGINAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
3	7.2 - NOTA IMPORTANTE DICE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007 CONFORME A LOS RENGLONES ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO EDITABLE WORD.	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO RESPETE EL FORMATO ESTABLECIDO EN BASES, Y CONTENGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, DEBIENDO COINCIDIR CON SU PROPUESTA IMPRESA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	7.2 - NOTA IMPORTANTE DICE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS	EN LA MEMORIA USB DEBERÁ INTEGRAR SU PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 2). SI NO IMPRIME LOS CÁTALOGOS COMPLETOS, PODRÁ INTEGRARLOS EN LA MEMORIA, RECORDANDO QUE ESTOS DEBEN COINCIDIR



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007 CONFORME A LOS RENGLONES ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN LA MEMORIA USB O CD/DVD ÚNICAMENTE SE DEBERÁN GUARDAR LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES AL ANEXO 2 Y LOS CATÁLOGOS COMPLETOS.</p>	<p>CON LOS IMPRESOS QUE INTEGRO PARA LA REFERENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
5	<p>7.3 – NOTA IMPORTANTE</p> <p>DICE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA ECONÓMICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007 CONFORME A LOS RENGLONES ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO EDITABLE WORD.</p>	<p>SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTE.</p> <p>SE HACE LA ACLARACION QUE EN LA BASES SE PIDE ESTA INFORMACIÓN EN MEMORIA USB</p>
6	<p>7.3 – NOTA IMPORTANTE</p> <p>DICE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA ECONÓMICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007 CONFORME A LOS RENGLONES ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN LA MEMORIA USB O CD/DVD ÚNICAMENTE SE DEBERÁ GUARDAR EL ANEXO 3.</p>	<p>SE HACE LA ACLARACION QUE EN LA BASES SE PIDE ESTA INFORMACIÓN EN MEMORIA USB</p> <p>Y SE DEBE GUARDAR EL ANEXO 11 LA PROPUESTA ECONOMICA.</p>
7	<p>FECHA DE ENTREGA</p> <p>PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, DONDE SE INCLUYEN TIEMPOS DE TRASLADO DE ORIGEN Y SALIDA DE ADUANAS; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A OFERTAR SEA EXTENDIDO EN UN PERÍODO DE ENTREGA DE 75 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES</p>

B) - DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
8	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 18 – INCUBADORAS DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 1.- INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE PROMOVER UN AMBIENTE FAMILIAR ENTRE EL BEBÉ Y SUS PADRES CON LA TERAPIA CANGURO, DONDE ESTÁ CLÍNICAMENTE DEMOSTRADO QUE ESTE TIPO DE TERAPIA AYUDA AL BEBÉ A DESARROLLARSE DE UNA MEJOR MANERA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE OFERTEN EQUIPOS QUE CUENTEN CON ESTE MODO DE TERAPIA. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA</p>
9	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 18 – INCUBADORAS DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 2.3.- SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON CONTROL MANUAL O PASIVO.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR LA CONDENSACIÓN DENTRO DEL EQUIPO Y QUE EL CAPACETE SE ENCUENTRE TRANSPARENTE EN TODO MOMENTO PARA PODER VISUALIZAR AL PACIENTE DESDE CUALQUIER ÁNGULO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE OFERTEN EQUIPOS QUE CUENTEN CON UN HUMIFICADOR Y CON UN SISTEMA DE CONDENSACIÓN. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA</p>
10	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 18 – INCUBADORAS DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 3.13.- TEMPERATURA DE CONTROL MEDIDA Y PROGRAMADA</p> <p>PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE POR TEMPERATURA DE CONTROL MEDIDA Y PROGRAMADA SE REFIERE A LA TEMPERATURA DEL AIRE DENTRO DEL COMPARTIMENTO DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

11	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 18 - INCUBADORAS DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 3.2.- CON INDICADOR DE LA POTENCIA Y ENCENDIDO DEL CALEFACTOR</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UN INDICADOR DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
12	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 18 - INCUBADORAS DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 3.3.- CON PRECALENTAMIENTO MÍNIMO DE 5 MINUTOS AL 100%</p> <p>PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE SE PODRÁN OFERTAR EQUIPOS QUE CUENTEN CON UN TIEMPO DE CALENTAMIENTO DE TEMPERATURA DEL AIRE MENOR A 35 MIN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIAZIÓN?</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LA ETAPA DE PRECALENTAMIENTO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.
13	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 18 - INCUBADORAS DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 6.- DOS SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLES</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR INFECCIONES NOSOCOMIALES, LAS CUALES TIENEN COMO CONSECUENCIA UNA ESTANCIA HOSPITALARIA MÁS AMPLIA DE UN PACIENTE Y UN AUMENTO DE COSTOS AL INSTITUTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 20 SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL DESECHABLES DE ACUERDO CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
14	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 18 - INCUBADORAS DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 7.3.- UN COLCHÓN CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE NECESITA UN COLCHÓN CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE ADICIONAL AL QUE SE MENCIONA EN EL PUNTO 5.6 DE LA PRESENTE CÉDULA TÉCNICA O SI SE TRATA DEL MISMO.</p>	SE ACLARA QUE SE TRATA DEL MISMO COLCHÓN SOLICITADO EN PUNTO 5.6 DEL RENGLÓN 18, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
15	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 18 - INCUBADORAS DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 8.1.- DOS SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA DE PIEL</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE NECESITAN 2 SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA DE PIEL ADICIONALES A LOS QUE SE MENCIONAN EN EL PUNTO 6 DE LA PRESENTE CÉDULA TÉCNICA O SI SE TRATA DEL MISMO. FAVOR DE ACLARAR.</p>	SE ACLARA QUE LOS SENSORES DE ESTE PUNTO, SON LOS MISMOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 6, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
16	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 18 - INCUBADORAS DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 8.1.- DOS SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA DE PIEL</p> <p>PREGUNTA: SI LOS SENSORES REUSABLES SON ADICIONALES AL PUNTO 6 DE LA PRESENTE CÉDULA TÉCNICA Y CON EL FIN DE EVITAR INFECCIONES NOSOCOMIALES, LAS CUALES TIENEN COMO CONSECUENCIA UNA ESTANCIA HOSPITALARIA MÁS AMPLIA DE UN PACIENTE Y UN AUMENTO DE COSTOS AL INSTITUTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 20 SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL DESECHABLES DE ACUERDO CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACLARA QUE LOS SENSORES DE ESTE PUNTO, SON LOS MISMOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 6, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
17	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 18 - INCUBADORAS DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 8.5.- DOS FILTROS DE OXÍGENO</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL DADO QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN FILTRO DE OXÍGENO INTERCONSTRUIDO, EL CUAL NO REQUIERE UN CAMBIO CONSTANTE DISMINUYENDO LOS COSTOS Y HACIENDO EFICAZ EL USO DE LOS RECURSOS INCLUIDOS, ADEMÁS DE QUE SE EVITARÁ LA FÁCIL EXTRACCIÓN DE ESTE ACCESORIO POR PERSONAS AJENAS A LA UNIDAD, CAMBIÁNDOSE EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN CASO DE SER NECESARIO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
18	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 39 - UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.5.- CAJONES: DOS COMO MÍNIMO</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO CON 1 CAJÓN, YA QUE ESTO NO AFECTA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

19	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 39 - UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.11.- REGULADORES DE SUCCIÓN PREGUNTA: DADO QUE ESTE DISPOSITIVO ES EL QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN TODOS LOS QUIRÓFANOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE DE ACUERDO CON CENETEC NO ES UN ELEMENTO REQUERIDO EN LAS UNIDADES DE ANESTESIA INTERMEDIA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
20	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 39 - UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 7.1- DOS VAPORIZADORES: UNO DE DESFLUORANO Y UNO DE SEVOFLUORANO DE LA MISMA MARCA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, CALIBRACIÓN VIGENTE PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS VAPORIZADORES, UNO DE SEVOFLUORANO Y UNO DE ISOFLUORANO. ¿SE ACEPTA?	REFERIRSE A LA ACLARACIÓN DEL REGLÓN 39, PUNTO 1.3
21	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 41 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTO 1.3.- TAMAÑO MÍNIMO DE 12" O MAYOR PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, PARA PODER TENER UN MEJOR CAMPO DE VISUALIZACIÓN DE CURVAS Y PARÁMETROS NUMÉRICOS, EL VENTILADOR OFERTADO DEBERÁ CONTAR CON PANTALLA DE AL MENOS 15". ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
22	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 41 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTO 2.6.- CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL VENTILADOR DEBERÁ COMPENSAR HASTA EL 100% DE LAS FUGAS REGISTRADAS, TANTO EN VENTILACIÓN INVASIVA COMO NO INVASIVA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
23	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 41 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTO 2.9.- CON SISTEMA DE AUTOSUMINISTRO DE AIRE (COMPRESOR, TURBINA, PISTÓN O SOPLADOR (BLOWER)). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, CON EL FIN DE NO ENCARECER LA OFERTA DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
24	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 41 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTO 3.1- VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 50 A 2000 ML. PREGUNTA: EL TÍTULO DE LA FICHA TÉCNICA HACE REFERENCIA A UN VENTILADOR PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, SIN EMBARGO, EL RANGO DEL VOLUMEN CORRIENTE NO ES ADECUADO PARA LOS PACIENTES NEONATALES. ENTENDEMOS QUE EL RANGO INFERIOR DEBERÍA SER AL MENOS 2 ML. ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
25	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 41 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTO 4.7- VENTILACIÓN NO INVASIVA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA VENTILACIÓN NO INVASIVA ABARCA TANTO LA VENTILACIÓN CON MASCARILLA COMO LA TERAPIA DE ALTO FLUJO DE OXÍGENO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
26	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 41 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTO 5.19.- CÁLCULO O MEDICIÓN DE LOS PUNTOS DE INFLEXIÓN EN EL LAZO DE VOLUMEN VS PRESIÓN PREGUNTA: LA MEDICIÓN DE PUNTOS DE INFLEXIÓN SE DEBE REALIZAR EN UN BUCLE DE VOLUMEN-PRESIÓN CONSTRUIDO MEDIANTE LA TÉCNICA DE FLUJO BAJO, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ CONTAR CON ESTA HERRAMIENTA. ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

27	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 41 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTO 5.21- CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 5 DÍAS</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE PODER ABARCAR LA MAYORÍA O LA TOTALIDAD DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DE LOS PACIENTES Y PODER RECABAR TODA LA INFORMACIÓN VENTILATORIA NECESARIA, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS 31 DÍAS DE TENDENCIAS. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p>
28	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 41 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTO 8.1.- DOS CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFFICIENTE OFERTAR DIEZ CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
29	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 41 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTO 8.2.- DOS CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFFICIENTE OFERTAR DIEZ CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
30	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 41 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTO 8.4.- DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ DESECHABLES ADULTO/PEDIÁTRICA</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFFICIENTE OFERTAR DIEZ CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES ADULTO/PEDIÁTRICO. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
31	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 41 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTO 8.5.- DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES NEONATALES O DIEZ DESECHABLES</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFFICIENTE OFERTAR DIEZ CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES NEONATALES. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
32	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 41 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTO 8.7.- DOS FILTROS DE BACTERIAS REUSABLES</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES, ENTENDEMOS QUE PODREMOS OFERTAR 10 FILTROS DESECHABLES POR CADA FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE REQUERIDO. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
33	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 42 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTO 1.1- TIPO LCD, LCD-TFT O TFT O LED</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA PANTA TIPO LCD, LCD-TFT, TFT, LED O ELECTROLUMINISCENTE. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES</p>
34	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 42 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTO 12.- A COLOR</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA PANTALLA A COLOR O MONOCROMÁTICA. FAVOR DE CONFIRMAR</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.</p>



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

35	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 42 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTO 1.3.- TAMAÑO MÍNIMO DE 5.7" O MAYOR</p> <p>PREGUNTA: DADO QUE EL VENTILADOR SE UTILIZARÁ EN SITUACIONES DE TRASLADO Y ES NECESARIO QUE EL EQUIPO SEA PORTÁTIL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA DE 4.7". ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
36	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 42 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTO 3.3.- PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 60 CMH20 COMO MÍNIMO</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA VENTILACIÓN PROTECTORA Y NO CAUSAR DAÑO POR SOBREPRESIÓN AL PACIENTE, PODREMOS OFERTAR VENTILADOR CON LÍMITE SUPERIOR DE 55 CMH20. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
37	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 42 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTO 3.11.- SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE LA VENTILACIÓN DE TRASLADO SE REQUIERE PARA ESTABILIZAR AL PACIENTE Y LOS AJUSTES COMO SENSIBILIDAD NO SON NECESARIOS PARA ESTE FIN. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
38	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 42 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTO 4.2.- VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VENTILACIÓN EN DOS NIVELES DE PRESIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
39	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 42 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTO 4.4.- PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN SOPORTE EN LOS MODOS VENTILATORIOS PC-BIPAP Y VC-SIMV. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
40	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 42 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTO 5.11.- CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD Y/O RESISTENCIA</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL YA QUE EN NUESTRA TECNOLOGÍA NO SE REQUIERE AL SER UN EQUIPO PREPARADO PARA ATENDER EMERGENCIAS Y REALIZAR LA CONEXIÓN DEL PACIENTE DE MANERA INMEDIATA. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
41	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 42 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTO 5.14.- DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA</p> <p>PREGUNTA: DADO QUE EL EQUIPO A OFERTAR SERÁ UTILIZADO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA DONDE LA PRIORIDAD ES DAR LA VENTILACIÓN AL PACIENTE Y SECUNDARIO LA VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DESPLIEGUE DE 1 CURVA DE VENTILACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
42	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 42 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTO 5.14.1.- VOLUMEN-TIEMPO</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE, EN LA VENTILACIÓN MECÁNICA Y SOBRE TODO LA DE TRASLADO, GENERALMENTE EL VOLUMEN PROGRAMADO NO TIENE VARIACIONES DURANTE EL CICLO VENTILATORIO POR LO QUE LA VISUALIZACIÓN DE LA CURVA DE VOLUMEN NO ES PRIMORDIAL. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

43	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 42 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTO 6.7. - FIO2 ALTA Y BAJA</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A NUESTRA NOMENCLATURA, QUE ES "VERIFICAR AJUSTES DE FIO2" SIN QUE SE LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
44	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 4 - BÁSCULA ELECTRÓNICA NEONATAL PUNTO 9. - FUNCIONES HOLD Y TARA</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LA FUNCIÓN TARA COMO ZERO, DADO QUE SE TRATA DE LA MISMA FUNCIÓN UTILIZANDO NOMENCLATURA DIFERENTE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
45	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 4 - BÁSCULA ELECTRÓNICA NEONATAL PUNTO 10. - BATERÍA RECARGABLE CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍA RECARGABLE CON CARGADOR, CONFORME A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
46	<p>TODAS LAS PARTIDAS</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS PUNTOS QUE NO NOS SEA POSIBLE REFERENCIAR, NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL FABRICANTE EN LA QUE INDIQUE QUE EL BIEN OFERTADO CUMPLE CON DICHOS PUNTOS. ¿SE ACEPTA?</p>	TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEBEN SER REFERENCIADAS, EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE EXPLICITAMENTE EN EL DOCUMENTO PRESENTADO, ALGUNA DE ELLAS, PODRÁ REALIZARLO A TRAVÉS DE IMÁGENES DEL EQUIPO OFERTADO, DEBIENDO SER ESTAS LAS MENOS.

4.- PROVEEDOR: HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>PUNTO 1.5. TIEMPO DE ENTREGA, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN A LA CONVOCANTE PARA QUE NOS PERMITA ENTREGAR EN UN TIEMPO DE 60 DÍAS HÁBILES A LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LAS PARTIDAS 28, 29, 33 Y 42 YA QUE OFERTAREMOS EQUIPOS DE IMPORTACIÓN Y EL TIEMPO ESTIPULADO POR LA CONVOCANTE NO ALCANZA PARA HACER TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA TRAERLOS EN 30 DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
2	<p>PUNTO 7.2.1 PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE EN CASO DE QUE EL PAGO SE REALIZÓ POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SE PUEDE PRESENTAR COMO ORIGINAL LA IMPRESIÓN DEL COMPROBANTE QUE SE GENERA LA PLATAFORMA DEL BANCO. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
3	<p>PUNTO 7.1.3 DEBEMOS ENTENDER QUE EL FOLIADO ES SOLAMENTE PARA CONTROL DE DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE EL NO FOLIAR LAS PROPUESTAS NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

4	<p>PUNTO 7.14.</p> <p>PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO DEBERÁN LLEVAR FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL, LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL LICITANTE, (CARTAS, FORMATOS/ANEXOS, PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA), MÁS NO LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR TERCEROS (DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD, CATÁLOGOS, MANUALES, ETC). ¿ES CORRECTO?</p>	<p>PUNTO 10: DE LA DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.</p> <p>10.2. SE DESCALIFICARÁ A LOS PARTICIPANTES QUE INCURRAN EN ALGUNO(S) DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:</p> <p>NO FIRMAN DE MANERA AUTÓGRAFA TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO LOS SOBRES QUE LAS CONTENGAN;</p> <p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>
5	<p>PUNTO 7.2.12.</p> <p>PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA EQUIPO MEDICO Y PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PARA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL BASTARA CON PRESENTAR FDA, O CE, O CERTIFICADO DE LIBRE VENTA E ISO 13485 O ISO 9001, SEGÚN CORRESPONDA AL PAÍS DE ORIGEN Y AL BIEN OFERTADO. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
6	<p>PUNTO 7.2.12</p> <p>DEBEMOS ENTENDER QUE ADICIONAL A LA DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS, SE DEBERÁ PRESENTAR EL ISO 9001, QUE ES LA NORMA QUE CERTIFICA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE PROPORCIONA LA INFRAESTRUCTURA, PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA AYUDAR A LAS ORGANIZACIONES A CONTROLAR Y MEJORAR SU RENDIMIENTO Y CONDUCIRLES HACIA LA EFICIENCIA, SERVICIO AL CLIENTE Y EXCELENCIA EN EL PRODUCTO A NOMBRE DEL LICITANTE. ¿ES CORRECTO?</p>	APEGARSE A LA PREGUNTA ANTERIOR. CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN, PARA BIENES EXTRANJEROS; CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS EMITIDO POR COFEPRIS, PARA BIENES DE PROCEDENCIA NACIONAL
7	<p>PUNTO 7.3.2. ANEXO 12, CONDICIONES ECONOMICAS DE VENTA, INCISOS A. B. C. D. E.</p> <p>DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ ESCRIBIR EN CADA INCISO LA LEYENDA "CONFORME A BASES". ¿ES CORRECTO?</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
8	<p>PUNTO 7.2.5</p> <p>EN CASO DE QUE COMPAREZCA UNA PERSONA DISTINTA A LOS EVENTOS DE JUNTA Y PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y FOTOCOPIA DE LA IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE Y DE QUIEN SE LE OTORGUE EL PODER. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN


B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>PARTIDA NO 8 CARDIOTOCÓGRAFO</p> <p>DICE: PUNTO 8. DESPLIEGUE GRÁFICO Y NUMÉRICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL EN LATIDOS/MINUTO CON UN RANGO DE 50 O MENOR A 240 O MAYOR</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL DESPLIEGUE GRÁFICO SE REFIERE A LA IMPRESIÓN EN PAPEL TÉRMICO Y EL DESPLIEGUE NUMÉRICO EN LA PANTALLA TÁCTIL, YA QUE CON ESTO FACILITA LA VISUALIZACIÓN DEL USUARIO. ¿ES CORRECTO?</p>	EL PUNTO 8 DE LA PARTIDA 8. SE REFIERE AL DESPLIEGUE GRÁFICO Y NUMÉRICO EN PANTALLA, DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL EN LATIDOS/MINUTOS CON UN RANGO DE 50 O MENOR A 240 O MAYOR
2	<p>PARTIDA NO 8 CARDIOTOCÓGRAFO</p> <p>DICE: PUNTO 10 DESPLIEGUE GRÁFICO Y NUMÉRICO DE LA ACTIVIDAD UTERINA, CON REGISTRO DE LA DETECCIÓN DEL MOVIMIENTO FETAL EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA (ACTOGRAMA).</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL DESPLIEGUE GRÁFICO SE REFIERE A LA IMPRESIÓN EN PAPEL TÉRMICO Y EL DESPLIEGUE NUMÉRICO EN LA PANTALLA TÁCTIL, YA QUE CON ESTO FACILITA LA VISUALIZACIÓN DEL USUARIO. ¿ES CORRECTO?</p>	SE ACLARA QUE, PARA EL PUNTO 10 DE LA PARTIDA 8. SE REFIERE AL DESPLIEGUE GRÁFICO Y NUMÉRICO EN PANTALLA, DE LA ACTIVIDAD UTERINA, CON REGISTRO DE LA DETECCIÓN DEL MOVIMIENTO FETAL EN FORMA MANUAL Y/O AUTOMÁTICA (ACTOGRAMA).
3	<p>PARTIDA NO 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO</p> <p>PUNTO 10. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE OFERTAR EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS SUGERIMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS DE POR LO MENOS 120 HORAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
4	PARTIDA NO 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PUNTO 11. SOLICITAN DETECCIÓN DE ARRITMIAS BÁSICAS. LO CUAL ES CONTRADICTORIO AL EQUIPO SOLICITADO, YA QUE EL EQUIPO SOLICITADO ES UN MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITE DETECCIÓN DE POR LO MENOS 20 ARRITMIAS, SIENDO ESTA UNA CARACTERÍSTICA MÁS ACORDE AL EQUIPO SOLICITADO. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
5	PARTIDA NO 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PUNTO 17. SOLICITAN BATERÍA INTERNA CON POR LO MENOS 3 HORAS DE RESPALDO, DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS ENTRE MÁS PARÁMETROS MONITORIZADOS MENOR ES EL TIEMPO DE RESPALDO, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR BATERÍA CON POR LO MENOS 2.5 HORAS DE RESPALDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS EQUIPOS NOS SON DE TRASLADO Y ESTARÁN CONECTADOS A LA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
6	PARTIDA NO 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO DICE: PUNTO 17. CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS TRES HORAS, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BATERÍA CON DURACIÓN DE 2.5 HORAS, TIEMPO SUFFICIENTE PARA REALIZAR UN TRASLADO Y/O MONITORIZAR AL PACIENTE CUANDO SE PRESENTE UNA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD MÉDICA, CONSIDERANDO QUE SE CUENTA CON RESPALDO ELÉCTRICO. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
7	PARTIDA NO 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO DICE: PUNTO 21.1 UN CABLE TRONCAL Y DOS SENSORES TIPO DEDAL REUSABLES PARA OXIMETRÍA DE PULSO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL CABLE TRONCAL SOLICITADO EN ESTE PUNTO ES EL MISMO CABLE TRONCAL SOLICITADO EN EL PUNTO 22.1, POR LO QUE SOLO SE DEBERÁ ENTREGAR UN [1] CABLE TRONCAL PARA OXIMETRÍA DE PULSO POR MONITOR OFERTADO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ ENTREGAR UN CABLE TRONCAL POR CADA PUNTO, CON SUS RESPECTIVOS SENSORES DE OXIMETRÍA.
8	PARTIDA NO 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO DICE: PUNTO 21.2 UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL SENSOR DE SUPERFICIE SOLICITADO EN ESTE PUNTO ES EL MISMO QUE EL SOLICITADO EN EL PUNTO 22.2, POR LO QUE SOLO SE DEBERÁ ENTREGAR UN [1] SENSOR DE SUPERFICIE POR MONITOR OFERTADO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ ENTREGAR UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) POR CADA PUNTO.
9	PARTIDA NO 29 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO 1. SOLICITAMOS DE LA MANERA Y CON LA FINALIDAD DE OFRECER EQUIPOS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SUGERIMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE EL MONITOR A OFERTAR SEA DE POR LO MENOS 10 PULGADAS ESTO CONSIDERANDO QUE EL MONITOR SOLICITADO ES BÁSICO. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
10	PARTIDA NO 29 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO 12. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE OFERTAR EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS SUGERIMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS DE POR LO MENOS 120 HORAS. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	
11	PARTIDA NO 29 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO 14. SOLICITAN BATERÍA INTERNA CON POR LO MENOS 3 HORAS DE RESPALDO, DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS ENTRE MÁS PARÁMETROS MONITORIZADOS MENOR ES EL TIEMPO DE RESPALDO, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR BATERÍA CON POR LO MENOS 2.5 HORAS DE RESPALDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS EQUIPOS NOS SON DE TRASLADO Y ESTARÁN CONECTADOS A LA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
12	PARTIDA NO 29 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO DICE: PUNTO 14. CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS TRES HORAS, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BATERÍA CON DURACIÓN DE 2.5 HORAS, TIEMPO SUFFICIENTE PARA REALIZAR UN TRASLADO Y/O MONITORIZAR AL PACIENTE CUANDO SE PRESENTE UNA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD MÉDICA, CONSIDERANDO QUE SE CUENTA CON RESPALDO ELÉCTRICO. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
13	PARTIDA NO 29 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO DICE: PUNTO 22.1 UN CABLE TRONCAL Y DOS SENSORES TIPO DEDAL REUSABLES PARA OXIMETRÍA DE PULSO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL CABLE TRONCAL SOLICITADO EN ESTE PUNTO ES EL MISMO CABLE TRONCAL SOLICITADO EN EL PUNTO 23.1, POR LO QUE SOLO SE DEBERÁ ENTREGAR UN (1) CABLE TRONCAL PARA OXIMETRÍA DE PULSO POR MONITOR OFERTADO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ ENTREGAR UN CABLE TRONCAL POR CADA PUNTO, CON SUS RESPECTIVOS SENSORES DE OXIMETRÍA.
14	PARTIDA NO 29 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO DICE: PUNTO 22.2 UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA [DE PIEL O SUPERFICIE] PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL SENSOR DE SUPERFICIE SOLICITADO EN ESTE PUNTO ES EL MISMO QUE EL SOLICITADO EN EL PUNTO 23.2, POR LO QUE SOLO SE DEBERÁ ENTREGAR UN (1) SENSOR DE SUPERFICIE POR MONITOR OFERTADO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ ENTREGAR UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA [DE PIEL O SUPERFICIE] POR CADA PUNTO.
15	PARTIDA NO 32 OXÍMETRO DE PULSO PUNTO 2.- SOLICITAN EQUIPO DE MESA CON PESO ENTRE 2 A 3 KG. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO EN UN RANGO 1.3 KG A 3.0 KG DE PESO YA QUE CONSIDERAMOS QUE EL PESO NO ES UNA CARACTERÍSTICA QUE INFLUYE EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CUMPLIENDO DE MANERA CABAL CON TODAS LAS DEMAS ESPECIFICACIONES. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
16	PARTIDA NO 32 OXÍMETRO DE PULSO PUNTO 4.- SOLICITAN PANTALLA LCD, LED O MAYOR TECNOLOGÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON PANTALLA LCD TACTIL PARA EL MEJOR Y MAS RÁPIDO MANEJO DEL EQUIPO COMO UNA MEJORA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
17	PARTIDA NO 32 OXÍMETRO DE PULSO PUNTO 5.- SOLICITAN TECLADO DIGITAL DE MEMBRANA CON SIMBOLÓGIA INTERNACIONAL O EN ESPAÑOL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON PANTALLA LCD TACTIL QUE DESPLIEGA TECLADO DIGITAL TACTIL EN PANTALLA YA QUE ESTO PERMITE CONTAR CON TECNOLOGÍA DE ULTIMA GENERACION Y PERMITE TENER UN MANEJO DEL EQUIPO MUCHO MAS RÁPIDO E INTUITIVO. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
18	PARTIDA NO 32 OXÍMETRO DE PULSO PUNTO 7.- SOLICITAN TENDENCIAS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO, PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODREMOS OFERTAR TENDENCIAS DE 96 HORAS, SIENDO ESTO UNA MEJORA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
19	PARTIDA NO 32 OXÍMETRO DE PULSO PUNTO 18.- SOLICITAN BATERÍA RECARGABLE INTERCONSTRUIDA DE MÍNIMO 2 HORAS DE OPERACIÓN. PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODREMOS OFERTAR UNA BATERÍA RECARGABLE DE 7 HORAS, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

20	PARTIDA NO 32 OXÍMETRO DE PULSO PUNTO 20.1- SOLICITAN "SENSORES DE PACIENTE PARA SPO2 ADULTO/PEDIÁTRICO DEDAL RESUSABLE (DOS PIEZAS)". PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI DEBEMOS DE ENTENDER QUE SOLICITAN UN SENSOR DEDAL PARA PACIENTES ADULTOS Y UN SENSOR DEDAL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
21	PARTIDA NO 33 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO 1.1- SOLICITAN POTENCIA DE 30 KW O MAYOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON POTENCIA DE 20 KW O MAYOR, PERO QUE SU CAPACIDAD DE CORRIENTE SEA DE 500 MA. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
22	PARTIDA NO 33 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO 1.4 - SOLICITAN UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 3.5 MS O MENOR A 2 SEG. O MAYOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MS A 10 SEG. CONFIGURABLE POR EL USUARIO Y AL TIPO DE LA ANATOMÍA A ESTUDIAR DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
23	PARTIDA NO 33 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO 2.2- SOLICITAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 200 KHU O MAYOR, CONSIDERAMOS ESTA CARACTÉRISTICA MUY IMPORTANTE TANTO PARA LA VIDA ÚTIL DEL TUBO DE RX Y TANTO PARA EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN EL USO COTIDIANO YA QUE SI CONSIDERAMOS MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO EN EL ANODO MAYOR ES LA CAPACIDAD DE TRABAJO Y MAYOR ES LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO POR LO QUE PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE TENER UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO EN EL ANODO DE LA MENOS 300 KHU PARA GARANTIZAR UNA LARGA VIDA DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
24	PARTIDA NO 33 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO 7- SOLICITAN UN PESO DE 450 KG O MENOR, CON BATERÍAS, CONSIDERAMOS QUE EL LÍMITE DE PESO NO AFECTA EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO YA QUE AL CONTAR CON BANCO DE BATERÍAS EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO ES MOTORIZADO Y SE LE FACILITA DE LA MISMA MANERA AL USUARIO, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCATORIA NOS PERMITIR OFERTAR UN EQUIPO CON UN PESO DE 575 KG. PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTE NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTE, SE ACLARA QUE PARA ESTE PUNTO PODRÁ OFERTAR UN MÁXIMO DE +/- 5% DEL PESO SOLICITADO.
25	PARTIDA NO 33 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO 8.- SOLICITAN QUE INCLUYA BATERÍA INTERNA, DEBEMOS DE ENTENDER QUE ESTA BATERÍA DEBERÁ DE SER CAPAZ DE PROPORCIONAR UNA INDEPENDENCIA Y RESPALDO DE FUNCIONAMIENTO PARA MOVIMIENTOS Y TRASLADOS DEL EQUIPO Y DISPARO PARA LOS ESTUDIOS DE AL MENOS 4 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL PUNTO 8 DE LA PARTIDA 33, SE REFIERE A QUE SE REQUIERE DE UNA BATERÍA INTERNA QUE SEA CAPAZ DE PROPORCIONAR UNA INDEPENDENCIA Y RESPALDO DE FUNCIONAMIENTO SUFFICIENTE PARA HACER UN CIERRE O APAGO SEGURO DEL SISTEMA Y EVITAR DAÑO EL SOFTWARE DEL EQUIPO; CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
26	PARTIDA NO 33 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO 10.- SOLICITAN PANTALLA LCD A COLOR INTEGRADA AL EQUIPO, DEBEMOS DE ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS DE OFERTAR UNA PANTALLA LCD DE AL MENOS 17 PULGADAS, PARA HACER REVISIÓN, MEDICIONES, DIGANOSTICO Y POSTPROCESO EN LA MISMA PANTALLA SIN NECESIDAD DE PASAR LA IMAGEN A UNA ESTACION DE POSTPROCESO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
27	PARTIDA NO 42 "VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO" PUNTO 2.4 COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE ALTITUD: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON EL RANGO DE ALTITUD EN QUE PUEDE TRABAJAR NUESTRO EQUIPO YA QUE DURANTE ESE RANGO DE ALTITUD NUESTRO EQUIPO NO REQUIERE AJUSTE ALGUNO, ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
28	PARTIDA NO 42 "VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO" PUNTO 2.7 ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA: EN EL PUNTO 7.2 SOLICITAN BASE RODABLE CON BRAZO DE SOPORTE Y ADAPTADOR PARA COLOCAR TANQUE DE OXÍGENO: DEBEMOS ENTENDER	SE ACLARA QUE, EL EQUIPO A OFERTAR EN LA PARTIDA 42, DEBE CUMPLIR CON EL PUNTO 2.7 ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA. EL PUNTO 7.2



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	QUE TENEMOS QUE OFERTAR LA BASE RODABLE, Y OMITIR EL SOPORTE PARA CAMILLA, QUE CUMPLEN CON EL OBJETIVO SOLICITADO ¿ES CORRECTO?	BASE RODABLE CON BRAZO SOPORTE Y ADAPTADOR PARA COLOCAR EL TANQUE DE OXÍGENO, ES OPCIONAL.
29	PARTIDA NO 42 "VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO" PUNTO 8.1 CINCO CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA): SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITOS DESECHABLES PARA CUMPLIR EN ESTE PUNTO, YA QUE LOS CIRCUITOS REUSABLES POR RECOMENDACIONES DE AUTORIDADES DE SALUD SE DEBEN DE IR EVITANDO, SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA CANTIDAD SOLICITADA
30	PARTIDA NO 8 CARDIOTOCÓGRAFO PUNTO 2 - SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR FETAL CON PANTALLA A COLOR DE 6.5" PERO CON TECNOLOGÍA DE PANTALLA TÁCTIL, PARA FACILITAR EL USO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO, LO CUAL REPRESENTA UNA VENTAJA TECNOLÓGICA, ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
31	PARTIDA NO 8 CARDIOTOCÓGRAFO PUNTO 22.1- EL CARRO DE TRANSPORTE CON FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL CARRO DE TRANSPORTE DEBERÁ CONTAR CON DISEÑO ESPECÍFICO PARA EL EQUIPO, PARA QUE PERMITA LA FIJACIÓN DEL MISMO, ¿CON RUEDAS Y SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS 2 DE ELLAS? FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
32	PARTIDA NO 8 CARDIOTOCÓGRAFO PUNTO 24.- CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V +/- 10% A 60 HZ. Y BATERÍAS RECARGABLES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y PARA QUE NO SE ELEVE EL COSTO DEL EQUIPO QUE LA BATERÍA SE OPCIONAL YA QUE EL EQUIPO SE UTILIZA EN UNA AREA FIJA DE LABOR DE PARTO, NO ES UN EQUIPO DE TRANSPORTE ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

5.- PROVEEDOR: DEWIMED S.A.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	NUMERAL 1.5, PÁG. 5 DE LAS BASES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA PARA TODAS LAS PARTIDAS A 60 DÍAS, EN VIRTUD DE QUE LOS BIENES QUE OFERTAMOS SON DE IMPORTACIÓN, TOMANDO EN CUENTA EL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y ENVÍO, ASÍ COMO LA SATURACIÓN ADUANAL, ES QUE SOLICITAMOS SE TOME EN CUENTA ESTOS FACTORES, A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA. ¿SE ACEPTE NUESTRA PETICIÓN DE ENTREGAR EN 60 DÍAS?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
2	NUMERAL 7.2.6, PÁG. 16 DE LAS BASES. PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL, EN LA USB SE DEBE COPIAR EL ANEXO NO. 2 Y MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS. ¿ES CORRECTO?	EN LA MEMORIA USB DEBERÁ INTEGRAR SU PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 2), SI NO IMPRIME TODAS LAS HOJAS DE LOS CATÁLOGOS, PODRÁ INTEGRARLOS EN LA MEMORIA, RECORDANDO QUE ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LOS IMPRESOS DONDE REALICEN LAS REFERENCIAS SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	NUMERAL 7.2.6, PÁG. 16 DE LAS BASES. ENTENDEMOS QUE EN CASO DE UTILIZAR CATÁLOGOS Y/O MANUALES QUE SE ENCUENTREN EN SU IDIOMA ORIGINAL (NO ESPAÑOL), BASTARÁ CON PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE DE AQUELLOS PUNTOS REFERENCIADOS. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	NUMERAL 7.2.12, PÁG. 17 DE LAS BASES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL INSTRUMENTAL POR FAMILIA, DEBIDAMENTE ETIQUETADOS CON LAS PARTIDAS QUE CADA UNO RESPALDA, A FIN DE EVITAR DUPLICADOS Y UN ENGROSAMIENTO INNECESARIO DE LAS PROPUESTAS ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
3	NUMERAL 7.2.12, PÁG. 17 DE LAS BASES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS DEL INSTRUMENTAL POR FAMILIA, DEBIDAMENTE ETIQUETADOS CON LAS PARTIDAS QUE CADA UNO	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	RESPALDA, A FIN DE EVITAR DUPLICADOS Y UN ENGROSAMIENTO INNECESARIO DE LAS PROPUESTAS, ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	
4	PARA TODAS LAS PARTIDAS DE INSTRUMENTAL SOLICITAMOS SE ACEPTE UN RANGO DE +/-10% EN LAS MEDIDAS DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
5	PARTIDA 2. ASPIRADOR PORTÁTIL DE SUCCIÓN CONTINUA. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 2]. PUNTO 4. "CAPACIDAD DE SUCCIÓN MAYOR A 25 LITROS POR MINUTO" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SUCCIÓN DE 16 ± 2 L/MIN, ESTO NO DEMERITA EL DESEMPEÑO DEL BIEN Y PERMITE UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
6	PARTIDA 21. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 21]. PUNTO 4.3. TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4200 A 6000 GRADOS KELVIN. ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO CON TEMPERATURA DE COLOR FIJA QUE SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO PROPUESTO, EN NUESTRO CASO, LÁMPARA CON TEMPERATURA DE COLOR FIJA DE 4900 KELVIN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
7	PARTIDA 21. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 21]. PUNTO 4.6. ENERGÍA DE RADIAción DE 500 W/M2 O MENOR POR CADA LÁMPARA. SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA Y EN CONCORDANCIA CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON MÁXIMA INTENSIDAD LUMINOSA DE 130,000 LUXES. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REVISAR LA RESPUESTA ANTERIOR.
8	PARTIDA 21. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 21]. PUNTO 4.6. ENERGÍA DE RADIAción DE 500 W/M2 O MENOR POR CADA LÁMPARA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA UNA TOLERANCIA DE ±5% EN ESTE PUNTO. DICHA TOLERANCIA SE ENCUENTRA EN LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y NOS PERMITE OFERTAR UN EQUIPO CON MÁXIMA INTENSIDAD LUMÍNICA COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.7. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
9	PARTIDA 22. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE LED. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 22]. PUNTO 4.3. TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4200 A 6000 GRADOS KELVIN. ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO CON TEMPERATURA DE COLOR FIJA QUE SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO PROPUESTO, EN NUESTRO CASO, SERÍA UNA LÁMPARA CON TEMPERATURA DE COLOR FIJA DE 4900 KELVIN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
10	PARTIDA 22. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE LED. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 22]. PUNTO 4.7. INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 100,000 A 160,000 LUXES A 1M DE DISTANCIA DE LA FUENTE. ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO CON INTENSIDAD LUMINOSA MÁXIMA DE 130,000 LUXES, TODA VEZ QUE ESTE VALOR SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA EL VALOR A 1M DE DISTANCIA DE LA FUENTE.
11	PARTIDA 22. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE LED. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 22]. PUNTO 5.2. TIEMPO DE LA BATERÍA EN USO MÍNIMO 5 HORAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA BATERÍA CON DURACIÓN DE 4 HORAS, ESTO NO DEMERITA EL DESEMPEÑO DEL BIEN Y PERMITE UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
12	PARTIDA 23. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 23]. PUNTO 4.3. TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4200 A 6000 GRADOS KELVIN. ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO CON TEMPERATURA DE COLOR FIJA QUE SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO PROPUESTO, EN NUESTRO CASO, LÁMPARA CON TEMPERATURA DE COLOR FIJA DE 4900 KELVIN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
13	PARTIDA 23. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 23]. PUNTO 4.7. INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 100,000 A 160,000 LUXES A 1M DE DISTANCIA DE LA FUENTE. ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO CON INTENSIDAD LUMINOSA MÁXIMA DE 130,000 LUXES, TODA VEZ QUE ESTE VALOR SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
14	PARTIDA 52. CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 52]. PUNTO 5. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DE PACIENTE 185 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO COMO MÍNIMO.	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



2023, 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UNA TOLERANCIA DE ± 5 CM EN ESTE PUNTO, DICHA TOLERANCIA PERMITE UNA LIBRE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS PROVEEDORES. ¿SE ACEPТА?	
15	PARTIDA 52. CAMA CAMILLA RADIOTRASPERANTE. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 52]. PUNTO 6. DIMENSIONES DE LA CAMILLA [CON BARANDALES ARRIBA]: LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 210 A 218 CM. ANCHO TOTAL EN EL RANGO DE 77 A 86 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANCHO TOTAL DE 76.5 CM, ESTO NO AFECTA LA FUNCIÓN DEL BIEN Y PERMITE UNA LIBRE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS PROVEEDORES. ¿SE ACEPТА?	SE ACEPТА. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
16	PARTIDA 54. CAMILLA DE RECUPERACIÓN. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 54]. PUNTO 3.1 Y 3.2. TREDELENBURG DE 18° COMO MÍNIMO Y TREDELENBURG INVERSO DE 18° COMO MÍNIMO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ÁNGULO DE 15°, ESTO POR SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPТА?	SE ACEPТА, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
17	PARTIDA 54. CAMILLA DE RECUPERACIÓN. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 54]. PUNTO 6. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DE PACIENTE 190 CM DE LARGO X 76 CM DE ANCHO COMO MÍNIMO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANCHO DE 62 CM, ESTO NO DEMERITA EL DESEMPEÑO DEL BIEN Y PERMITE UNA LIBRE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS PROVEEDORES. ¿SE ACEPТА?	NO SE ACEPТА, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
18	PARTIDA 157. SET DE VENODISECCIÓN. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 124]. RENGLÓN 4. PINZA DE ANILLOS 18 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI LA REQUIEREN RECTA O CURVA.	SE REQUIERE CURVA
19	PARTIDA 163. SET DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 160]. RENGLÓN 20. PINZAS MOSQUITO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI LA REQUIEREN RECTA O CURVA.	SE REQUIERE CURVA
20	PARTIDA 163. SET DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 160]. RENGLÓN 23. PINZAS INTESTINALES ANGULADAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE EL MODELO Y MEDIDA REQUERIDA.	SE REQUIERE ANGULADAS DE 20CM-22CM
21	PARTIDA 164. SET DE CIRUGÍA TRAQUEOSTOMÍA. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 161]. RENGLÓN 13. CÁNULA FERGUSON, CALIBRE 10 FR. ANGULADA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR MODELO FRAZIER.	SE ACEPТА OFERTAR MODELO FRAZIER, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
22	PARTIDA 164. SET DE CIRUGÍA TRAQUEOSTOMÍA. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 161]. RENGLÓN 14. CÁNULA FERGUSON, CALIBRE 8 FR. ANGULADA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR MODELO FRAZIER.	SE ACEPТА OFERTAR MODELO FRAZIER, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
23	PARTIDA 164. SET DE CIRUGÍA TRAQUEOSTOMÍA. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 161]. RENGLÓN 25. PINZAS DE DISECCIÓN MARTIN, CON DIENTES, LONGITUD 130 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR MODELO LERCHE.	SE ACEPТА OFERTAR MODELO LERCHE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
24	PARTIDA 164. SET DE CIRUGÍA TRAQUEOSTOMÍA. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 161]. RENGLÓN 30. CÁNULA YANKAUER CON BOTÓN DESATORNILLABLE 22.8 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA CON LONGITUD DE 27 CM.	SE ACEPТА OFERTAR CON UNA LONGITUD DE 27 CM, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
25	PARTIDA 165. SET DE INSTRUMENTAL PARA LEGRADO. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 162]. RENGLÓN 2. JUEGO DE VALVAS DE RICHARSON. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE LAS MEDIDAS REQUERIDAS.	SE REQUIEREN MEDIANOS
26	PARTIDA 167. SET DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN S/N]. RENGLÓN 1. CÁNULA PARA ASPIRACIÓN CON BOTÓN DESATORNILLABLE 22.8 CM, YANKAUER. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA CON 27 CM DE LONGITUD.	SE ACEPТА OFERTAR CON 27 CM DE LONGITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
27	PARTIDA 167. SET DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN S/N]. RENGLÓN 25. TIJERA METZEMBAUM, RECTA, PUNTA ROMA, LONGITUD... SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE LAS MEDIDAS REQUERIDAS.	LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 25CM
28	PARTIDA 169. SET DE CIRCUNCISIÓN. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 166]. RENGLÓN 6. PORTA AGUJAS JOHNSON 4.75° 12 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA CON 27 CM DE LONGITUD.	SE ACEPТА OFERTAR CON 27 CM DE LONGITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
29	PARTIDA 175. SET DE AMPUTACIÓN. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 172]. RENGLÓN 17. CÁNULA YANKAUER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE, 22.8 CM DE LONGITUD. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA CON 27 CM DE LONGITUD.	SE ACEPТА OFERTAR CON 27 CM DE LONGITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
30	PARTIDA 178. SET HISTERECTOMÍA VAGINAL. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 175]. RENGLÓN 1. CÁNULA YANKAUER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE, 22.8 CM DE LONGITUD. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA CON 27 CM DE LONGITUD.	SE ACEPТА OFERTAR CON 27 CM DE LONGITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
31	PARTIDA 179. SET DE EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO. [FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 176]. RENGLÓN 9. CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRÁTÉGICAMENTE. DIMENSIONES: 25.4 X 16.5 X 6.4 CM.	SE ACEPТА OFERTAR CON MEDIDAS 26 X 26 X 5 CM., SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS 26 X 26 X 5 CM.	
32	PARTIDA 179. SET DE EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRANO. (FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 176). RENGLÓN 12. CÁNULA FERGUSON, CALIBRE 10 FR. ANGULADA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR EL MODELO FRAZIER.	SE ACEPTA OFERTAR MODELO FRAZIER, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
33	PARTIDA 179. SET DE EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRANO. (FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 176). RENGLÓN 13. CÁNULA FERGUSON, CALIBRE 8 FR. ANGULADA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR EL MODELO FRAZIER.	SE ACEPTA OFERTAR MODELO FRAZIER, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
34	PARTIDA 183. SET DE CIRUGÍA DE MANO. (FICHAS TÉCNICAS RENGLÓN 180). RENGLÓN 37. CÁNULA FERGUSON, CALIBRE 10 FR. ANGULADA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR EL MODELO FRAZIER.	SE ACEPTA OFERTAR MODELO FRAZIER, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

6.-PROVEEDOR: INGENIERÍA CLÍNICA Y DISEÑO S.A. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	EN REFERENCIA A LA NOTA IMPORTANTE EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA PÁGINA 20. DEBIDO A QUE LA CANTIDAD DE TEXTO DE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS PUEDEN EXCEDER LA CAPACIDAD DE UNA CELDA EN EXCEL, EXISTIENDO EL RIESGO DE PERDER CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE SE ACEPTE PARA TODAS LAS EMPRESAS PRESENTAR ESTE ANEXO EN FORMATO WORD. ESTO FACILITARÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA Y, A LA CONVOCANTE LA CALIFICACIÓN Y CONSECUENTE TRANSCRIPCIÓN DE DATOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	EN REFERENCIA AL ANEXO 12 SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE SE ACEPTE, PARA LOS INCISOS DEL A AL E, ESCRIBIR EL TEXTO "DE ACUERDO A LAS BASES"; ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
3	EN REFERENCIA AL ANEXO 11 ENTENDEMOS QUE EN LA COLUMNA DESCRIPCIÓN SERÁ SUFFICIENTE ANOTAR EL NOMBRE GENÉRICO DE CADA PARTIDA EN QUE PARTICIPAN LOS LICITANTES, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	PUNTO 7.2.10. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE, SI MI REPRESENTADA ES EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y SERÁ SUFFICIENTE PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETTADA DE MI REPRESENTADA. ¿ES CORRECTO?	SI ES DISTRIBUIDOR PRIMARIO, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE DEL FABRICANTE DONDE ESTABLEZCA SER EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO. Y ELABORAR EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE COMO DISTRIBUIDOR PRIMARIO. DE IGUAL MANERA, SI ES EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DEBE MANIFESTARLO EN LA CARTA DE RESPALDO.
2	PUNTO 7.2.12 EN CASO DE QUE LOS BIENES OFERTADOS NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR UNA IMPRESIÓN DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SEÑALANDO CADA UNO DE LOS RENGLONES OFERTADOS POR MI REPRESENTADA EN QUE APLICA DICHO ACUERDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE IDENTIFIQUEN Y REFERENCEN, EN DICHA PUBLICACIÓN, LOS BIENES OFERTADOS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	FICHA TÉCNICA. PARTIDA 12. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO EN LA NUMERACIÓN DE LOS PUNTOS DE LA FICHA, CUANDO SE LLEGA AL PUNTO DE CORRIENTE ELÉCTRICA LA NUMERACIÓN REGRESA AL PUNTO 16. NUMERAL PREVIAMENTE USADO EN ESTA MISMA FICHA TÉCNICA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA CONTINUAR LA NUMERACIÓN DE LA FORMA: 31 CORRIENTE ELÉCTRICA: DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD MÉDICA DESTINO; Y ASÍ SUCESIVAMENTE, ESTO PARA NO GENERAR CONFUSIONES EN EL REFERENCIADO DE LOS PUNTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	FICHA TÉCNICA. PARTIDA 12. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	DE ACUERDO A BASES. PUNTO 1.7 ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR POR LOS





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	16 CORRIENTE ELÉCTRICA: DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD MÉDICA DESTINO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR CUALES EL VOLTAJE QUE MANEJAN LAS UNIDADES MÉDICAS, ESTO CON EL FIN DE OFERTAR EL EQUIPO ADECUADO DE 220 O 110 VOLTS.	RENGLONES 12, 21, 23, 24 Y 103 LOS CUALES REQUIEREN INSTALACIÓN ESPECIAL EN CADA UNIDAD MÉDICA, REALIZAR UNA VISITA DENTRO DEL PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO, A FIN DE QUE LOS LICITANTES REALICEN UN LEVANTAMIENTO FÍSICO PARA CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS Y/O ESPECIFICACIONES ESPECIALES, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
5	FICHA TÉCNICA PARTIDA 39. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EN LOS PUNTOS DONDE SE REFIERE A N2, EN REALIDAD SE SOLICITA N20. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN LOS PUNTOS DONDE DICE N2, SE REFIERE AL N20.
6	FICHA TÉCNICA PARTIDA 105 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL 5. DIMENSIONES DE LA CÁMARA: 17*34CM, 23*47CM Y 257*47CM SE ENTIENE QUE LAS MEDIDAS A OFERTAR DEBEN ESTAR ENTRE LOS RANGOS DE 17 A 34 CM, 23 A 47 CM Y 257 A 47 CM, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
7	FICHA TÉCNICA PARTIDA 105 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL 24.3 GUÍA MECÁNICA DE INSTALACIÓN (ANEXA A PROPUESTA TÉCNICA) POR SER EL SOLICITADO UN EQUIPO DE GABINETE, NO REQUIERE GUÍA MECÁNICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER PONER EN ESTE PUNTO "NO REQUIERE". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
8	FICHA TÉCNICA PARTIDA 39: UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA 7.1.1 CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE* PREGUNTA: LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN SE EMITEN PARA VAPORIZADORES QUE YA ESTÁN EN USO Y DESPUÉS DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRECISAMENTE PARA GARANTIZAR QUE ESTÁN EN PERFECTAS CONDICIONES PARA SEGUIR OPERANDO; PARA VAPORIZADORES NUEVOS, NO ES NECESARIO ESTE CERTIFICADO, ENTENDIENDO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE QUE ESTE ELEMENTO DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA SEA NUEVO. SOLICITAMOS QUE EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN SEA UN REQUERIMIENTO INDISPENSABLE DESPUÉS DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE Y COMPRUEBE QUE LOS VAPORIZADORES SON NUEVOS. SE ACLARA QUE LOS VAPORIZADORES PARA ESTA PARTIDA DEBEN SER NUEVOS.

7.- PROVEEDOR: CODIVER COMPANY S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	PUNTO 7.2.24 CONTENIDO Y ORDEN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. REFERENCIA: DEBERÁ ANEXAR COMO MÍNIMO FOTOCOPIAS LEGIBLES DE 2 CONTRATOS FORMALIZADOS CON CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA O DEPENDENCIA DE ESTA U OTRA ENTIDAD FEDERATIVA, POR LA VENTA DE BIENES DE CARÁCTERISTICAS IGUALES A LAS DESCRITAS EN ANEXO TÉCNICO Y FICHAS TÉCNICAS, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SERÁ DE ACUERDO A LOS RENGLONES QUE PARTICIPE. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL TIEMPO DE LOS CONTRATOS, SE NOS PERMITA ADJUNTAR EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA CONTRATOS CONCLUIDOS (2022-2023), DE LAS PARTIDAS QUE SE OFERTAN CON CARÁCTERISTICAS SIMILARES; ESTO PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DE CARÁCTER TÉCNICO



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>RENGLON: 84 PANTALLA LED 40"</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 18.1.4. DE LAS FICHAS TECNICAS. -REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL YA QUE LAS PANTALLAS ES UN PRODUCTO QUE POR NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERA COMO INSUMO PARA LA SALUD. POR ENDE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO.</p>
2	<p>RENGLON: 85 ANAQUEL PARA CARGAS PESADAS</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 9.1.1. DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 9.1.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</p>
3	<p>RENGLÓN: 86 ARCHIVERO 4 GAVETAS</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 10.1.1 DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 10.1.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</p>
4	<p>RENGLÓN: 87 BANCA TANDEM 3 LUGARES</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 11.1.1. DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 11.1.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</p>
5	<p>RENGLÓN: 88 BANCA TANDEM 4 LUGARES</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 11.1.1. DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 11.1.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</p>
6	<p>RENGLÓN: 89 BANCO ALTO PARA TALLER</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 8.1.1 DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 8.1.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</p>



2023-200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	RENGLON: 90 BOTE DE CAMPANA GRANDE DE PLASTICO 42L	
7	<p>REFERENCIA: PUNTO 10.1.1 DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 10.1.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
8	<p>RENGLON: 91 CARRO PARA SUPERMERCADO</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 11.1.1 DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 11.1.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
9	<p>RENGLON: 92 CASILLERO TRIPLE</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 11.1.1 DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 11.1.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
10	<p>RENGLON: 93 CESTO PARA PAPELES</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 8.1.1 DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 8.1.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
11	<p>RENGLON: 94 ESCALERA DE 3 PELDAÑOS</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 11.1.1 DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 11.1.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
12	<p>RENGLON: 95 HORNO DE MICROONDAS</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 10.1.2 DE LAS FICHAS TECNICAS. -REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL, YA QUE EL HORNO DE MICROONDAS, ES UN PRODUCTO QUE POR NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERA COMO INSUMO PARA LA SALUD, POR ENDE, NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

13	<p>RENGLON: 96 ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON ARCHIVERO</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 11.1.2 DE LAS FICHAS TECNICAS. -REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL, YA QUE EL ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJÓN ARCHIVERO, ES UN PRODUCTO QUE POR NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERA COMO INSUMO PARA LA SALUD, POR ENDE, NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</p>
14	<p>RENGLON: 97 GABINETE UNIVERSAL</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 9.1.1 DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 9.1.2- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</p>
15	<p>RENGLON: 98 MESA PARA COMEDOR 4 SILLAS</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 10.1.1 DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 10.1.2- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</p>
16	<p>RENGLON: 99 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TELEFONO</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 11.1.1 DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 11.1.2- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</p>
17	<p>RENGLON: 100 PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CMS</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 9.1.2 DE LAS FICHAS TECNICAS. -REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL, YA QUE EL PIZARRÓN MAGNÉTICO DE PARED, ES UN PRODUCTO QUE POR NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERA COMO INSUMO PARA LA SALUD, POR ENDE, NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</p>
18	<p>RENGLON: 101 SILLON GIRATORIO EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 11.1.1 DE LAS FICHAS TECNICAS, PUNTO 11.1.2- CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL EL CERTIFICADO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</p>



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>RENGLON: 102 TABLERO DE CORCHO DE 120 X 90 CM</p> <p>REFERENCIA: PUNTO 9.12 DE LAS FICHAS TECNICAS. -REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF (DEBIDAMENTE REFERENCIADO).</p> <p>19 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO, PUEDA SER OPCIONAL YA QUE EL TABLERO DE CORCHO DE 120 X 90 CM, ES UN PRODUCTO QUE POR NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERA COMO INSUMO PARA LA SALUD, POR ENDE, NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO ¿BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA EL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PERO SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</p>
--	--	--

8.- PROVEEDOR: FEHLMEX S.A. DE C.V.

A) - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>NUMERAL 7.2.3. PÁGINA 16 DE LA CONVOCATORIA</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA PRESENTAR SOLAMENTE, EL ACTA CONSTITUTIVA PRIMERA Y LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN A LA MISMA.</p> <p>SIN PRESENTAR LAS REFORMAS QUE ANTECEDEN A LA PRIMERA, MISMAS QUE CONSTAN EN NUESTRO PODER, DE LAS CUALES PODEMOS EXIBIR, LOS ORIGINALES, EN EL MOMENTO QUE ASÍ LO REQUERA LA CONVOCANTE.</p> <p>SÓLO LAS MENCIONAREMOS LAS REFORMAS EN EL FORMATO ANEXO NO. 1, SIN QUE ELLO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.</p> <p>LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO ANTES MENCIONADO DE LA CONVOCATORIA QUE DA SUSTENTO AL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO.</p> <p>¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>NO SE ACEPTA SE DEBE PRESENTAR SU ACTA CONSTITUTIVA Y TODAS SUS MODIFICACIONES.</p>

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>RENGLÓN 12. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO.</p> <p>REFERENCIA: SIN REFERENCIA</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>QUEDA POR ENTENDIDO QUE LOS ESTERILIZADORES SON EQUIPOS SUJETOS A PRESIÓN Y QUE ESTOS DEBEN DE ESTAR REGULADOS POR UNA NORMA NACIONAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y EL DISEÑO DE LOS RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y EN SU DEFECTO QUE NO HAYA ALGUNA NORMA QUE REGULE ESTOS EQUIPOS SE DEBE BASAR EN NORMAS EXTRANJERAS DE ACUERDO CON LA LAASSP ARTÍCULO 20, FRACCIÓN VII Y DEL ARTÍCULO 31 DEL LAASSP.</p> <p>POR ENDE, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA OBLIGATORIO QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON CERTIFICADO ASME VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE Y QUE ESTE, SEA COMPROBABLE VÍA WEB, PARA EVITAR USOS FRAUDULENTOS DE CERTIFICADOS NO AUTÉNTICOS Y ADEMÁS, PRESENTAR LAS NORMAS OFICIALES SOLICITADAS.</p> <p>¿ES CORRECTO?</p>	<p>PARA ESTE PROCESO NO SE APLICA LA LEY FEDERAL, SE APLICA LA LEY NO. 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. POR LO QUE, PODRÁN INGRESAR EL CERTIFICADO REFERIDO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
2	<p>RENGLÓN 12. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO.</p> <p>REFERENCIA: SIN REFERENCIA</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, PARA TENER CERTEZA EN LOS MATERIALES</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS A OFERTAR, ES OBLIGATORIO PRESENTAR UN CERTIFICADO DE MATERIAL PARA CONSTATAR QUE LA CÁMARA, CAMISA Y PUERTA ESTÁN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 316L, DONDE EL FABRICANTE ACREDITE DOCUMENTALMENTE DICHOS MATERIALES Y QUE CUMPLA CON LA CERTIFICACIÓN ASME O PED.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
3	<p>RENGLÓN 12. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. REFERENCIA: 2. TIPO GABINETE O EMPOTRABLE. PREGUNTA: SOLICITAMOS LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR SI EL EQUIPO QUE SOLICITAN ES DE TIPO GABINETE O EMPOTRABLE. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>LOS EQUIPOS A OFERTAR, DEBERÁN SER LOS ADECUADOS A CADA UNIDAD MEDICA DE ACUERDO A SU INFRAESTRUCTURA Y A LA VISITA REALIZADA PREVIAMENTE POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES</p>
4	<p>RENGLÓN 12. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. REFERENCIA: 3. DE UNA PUERTA O DOBLE PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO BASTARÁ CON OFERTAR UN EQUIPO DE UNA SOLA PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
5	<p>RENGLÓN 12. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. REFERENCIA: 3. DE UNA PUERTA O DOBLE PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE AL NO INDICAR LA TECNOLOGÍA CON LA CUAL SE DEBE ABRIR Y CERRAR LA PUERTA DE FORMA AUTOMÁTICA, SE PODRÁ OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON SER AUTOMÁTICA DESLIZABLE.</p>
6	<p>RENGLÓN 12. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. REFERENCIA: 3. DE UNA PUERTA O DOBLE PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE. PREGUNTA: EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA LA APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO, YA QUE ESTE SISTEMA ES MÁS SEGURO, SILENCIOSO Y NO REQUIERE MANTENIMIENTO. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>APEGARSE A LA RESPUESTA ANTERIOR.</p>
7	<p>RENGLÓN 12. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. REFERENCIA: 8 CON TECNOLOGÍA DE PRE VACÍO Y GRAVITATORIO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SÓLO TOME EN CUENTA EL SISTEMA DE PRE VACÍO POR MEDIOS MECÁNICOS (BOMBA DE VACÍO), YA QUE UNA BOMBA ES MÁS EFICIENTE AL MOMENTO DE ACONDICIONAR LA CÁMARA Y SACAR TODO EL AIRE FRIO PARA PODER INYECTAR EL VAPOR SATURADO, EVITANDO CONDENSACIÓN DENTRO DE LA CÁMARA Y CONTAR CON LA CERTEZA DE QUE NO QUEDARAN BOLSAS DE AIRE FRIO, ASÍ COMO SECAR POR COMPLETO EL MATERIAL A ESTERILIZAR.</p> <p>¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p>
8	<p>RENGLÓN 12. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. REFERENCIA: 21. SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA DEL EQUIPO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PARO DE EMERGENCIA NO SÓLO SEA POR MEDIO DE UN BOTÓN SITUADO EN LA CARCASA DEL EQUIPO, SINO TAMBÉN EN LA PANTALLA TOUCH SCREEN, YA QUE EN OCASIONES POR SEGURIDAD ES MEJOR TENER DOS OPCIONES A LA HORA DE REALIZAR UN PARO DE EMERGENCIA.</p> <p>¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p>



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

9	<p>RENGLÓN 12 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. REFERENCIA: SIN REFERENCIA</p> <p>PREGUNTA: DEMOS ENTENDER QUE LA UNIDAD PROPORCIONARÁ TODAS LAS CONEXIONES, A PIE DE SALA: AGUA, ESCAPE ATMOSFÉRICO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 V, 3 FASES TIERRA Y NEUTRO, ASÍ COMO CAJA ELÉCTRICA E INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, AGUA DESMINERALIZADA, DRENAJE DE 4" [DE HIERRO FUNDIDO] EXCLUSIVO PARA EL AUTOCLAVE, ETC, ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA CONECTAR E INSTALAR EL EQUIPO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS.</p> <p>¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>DE ACUERDO A BASES, PUNTO 1.7 ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR POR LOS RENGLONES 12, 21, 23, 24 Y 103 LOS CUALES REQUIEREN INSTALACIÓN ESPECIAL EN CADA UNIDAD MÉDICA, REALIZAR UNA VISITA DENTRO DEL PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO, A FIN DE QUE LOS LICITANTES REALICEN UN LEVANTAMIENTO FÍSICO PARA CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS Y/O ESPECIFICACIONES ESPECIALES, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.</p> <p>EN FICHA TÉCNICA RENGLÓN 12, PUNTO 19.2 CONTEMPLAR TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN EL LUGAR DESTINO, PARA QUE EL EQUIPO FUNCIONE ADECUADAMENTE EN LOS RANGOS QUE INDICA EL FABRICANTE, ANEXANDO DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LA VISITA A LA UNIDAD MÉDICA DESTINO Y LAS NOTAS CON LAS OBSERVACIONES DE LAS ADECUACIONES</p>
10	<p>RENGLÓN 21. LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED REFERENCIA: 4.3 TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4200 A 6000 GRADOS KELVIN PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFRECER UNA TEMPERATURA VARIABLE QUE ESTE DENTRO DEL RANGO SOLICITADO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
11	<p>RENGLÓN 21 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED REFERENCIA: SIN REFERENCIA</p> <p>PREGUNTA: DEMOS ENTENDER QUE LA UNIDAD PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA BRIDA DE LA LÁMPARA PARA CONECTAR E INSTALAR EL EQUIPO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS.</p> <p>¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>DE ACUERDO A BASES, PUNTO 1.7 ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR POR LOS RENGLONES 12, 21, 23, 24 Y 103 LOS CUALES REQUIEREN INSTALACIÓN ESPECIAL EN CADA UNIDAD MÉDICA, REALIZAR UNA VISITA DENTRO DEL PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO, A FIN DE QUE LOS LICITANTES REALICEN UN LEVANTAMIENTO FÍSICO PARA CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS Y/O ESPECIFICACIONES ESPECIALES, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.</p> <p>EN FICHA TÉCNICA, RENGLÓN 21, PUNTO 10.2 CONTEMPLAR TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL LUGAR DESTINO, PARA QUE EL EQUIPO FUNCIONE ADECUADAMENTE EN LOS RANGOS QUE INDICA EL FABRICANTE, ANEXANDO DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LA VISITA A LA UNIDAD MÉDICA DESTINO Y LAS NOTAS CON LAS OBSERVACIONES DE LAS ADECUACIONES.</p>
12	<p>RENGLÓN 22. LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA DE LED REFERENCIA: 4.3 TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4200 A 6000 GRADOS KELVIN PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFRECER UNA TEMPERATURA VARIABLE QUE ESTE DENTRO DEL RANGO SOLICITADO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

13	<p>RENGLÓN 23. LAMPARA QUIRURGICA OBSTÉTRICA DE LED REFERENCIA: 4.3 TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4200 A 6000 GRADOS KELVIN PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFRECER UNA TEMPERATURA VARIABLE QUE ESTE DENTRO DEL RANGO SOLICITADO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
14	<p>RENGLÓN 24. LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO REFERENCIA: SIN REFERENCIA</p> <p>PREGUNTA: DEMOS ENTENDER QUE LA UNIDAD PROPORCIONARÁ TODAS LAS CONEXIONES, A PIE DE SALA: AGUA, ESCAPE ATMOSFÉRICO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 V, 3 FASES TIERRA Y NEUTRO, ASÍ COMO CAJA ELÉCTRICA E INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, AGUA DESMINERALIZADA, DRENAGE DE 4" CON BRIDA, ETC., ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS DECUACIONES NECESARIAS PARA CONECTAR E INSTALAR EL EQUIPO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS.</p>	<p>DE ACUERDO A BASES, PUNTO 1.7 ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR POR LOS RENGLONES 12, 21, 23, 24 Y 103 LOS CUALES REQUIEREN INSTALACIÓN ESPECIAL EN CADA UNIDAD MÉDICA, REALIZAR UNA VISITA DENTRO DEL PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO, A FIN DE QUE LOS LICITANTES REALICEN UN LEVANTAMIENTO FÍSICO PARA CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS Y/O ESPECIFICACIONES ESPECIALES, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.</p> <p>EN FICHA TÉCNICA RENGLÓN 24, PUNTO 19.2 CONTEMPLAR TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN EL LUGAR DESTINO, PARA QUE EL EQUIPO FUNCIONE ADECUADAMENTE EN LOS RANGOS QUE INDICA EL FABRICANTE, ANEXANDO DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LA VISITA A LA UNIDAD MÉDICA DESTINO Y LAS NOTAS CON LAS OBSERVACIONES DE LAS ADECUACIONES.</p>
15	<p>RENGLÓN 24. LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO REFERENCIA: 16. CORRIENTE ELÉCTRICA DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD MÉDICA DESTINO.</p> <p>PREGUNTA: AL SER UN EQUIPO DE VAPOR AUTOGENERADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V/60 HZ, YA QUE ESTO NO AFECTA EN EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO.</p> <p>¿SE ACEPTE? FAVOR DE ACLARAR</p>	LOS EQUIPOS A OFERTAR, DEBERÁN SER LOS ADECUADOS A CADA UNA MEDICA DE ACUERDO A SU INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y A LA VISITA REALIZADA PREVIAMENTE POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES.
16	<p>REGLÓN 24. LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO REFERENCIA: 9. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.</p> <p>PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO CONTROLADO POR PLC, QUE BÁSICAMENTE ES UN MICROPROCESADOR, EL CUAL SE CONTROLA MEDIANTE UNA PANTALLA TOUCH SCREEN PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LOS CICLOS Y TODO EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTE? FAVOR DE ACLARAR</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
17	<p>RENGLÓN 25. LAVADORA ULTRASONICA REFERENCIA: 7. CAPACIDAD MÁXIMA DE 20 LITROS.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LAVADORA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS +/- 10 % SIENDO MÍNIMA LA DIFERENCIA A LO SOLICITADO Y LO CUAL NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</p> <p>¿SE ACEPTE? FAVOR DE ACLARAR</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
18	<p>RENGLÓN 105. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL REFERENCIA: SIN REFERENCIA</p>	PARA ESTE PROCESO NO SE APLICA LA LEY FEDERAL, SE APLICA LA LEY NO. 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>PREGUNTA:</p> <p>QUEDA POR ENTENDIDO QUE LOS ESTERILIZADORES SON EQUIPOS SUJETOS A PRESIÓN Y QUE ESTOS DEBEN DE ESTAR REGULADOS POR UNA NORMA NACIONAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y EL DISEÑO DE LOS RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y EN SU DEFECTO QUE NO HAYA ALGUNA NORMA QUE REGULE ESTOS EQUIPOS SE DEBE BASAR EN NORMAS EXTRANJERAS DE ACUERDO CON LA LAASSP ARTÍCULO 20, FRACCIÓN VII Y DEL ARTÍCULO 31 DEL LAASSP.</p> <p>POR ÉNDE, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA OBLIGATORIO QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON CERTIFICADO ASME VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE Y QUE ESTE, SEA COMPROBABLE VÍA WEB, PARA EVITAR USOS FRAUDULENTOS DE CERTIFICADOS NO AUTÉNTICOS Y ADEMÁS DE PRESENTAR LAS NORMAS OFICIALES SOLICITADAS.</p> <p>¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, PODRÁN INGRESAR EL CERTIFICADO REFERIDO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
19	<p>RENGLÓN 103 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. PUNTO 2.3 SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO DE ELEVACIÓN Y RECLINACIÓN.</p> <p>¿EL SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO PUEDE SER MEDIANTE PEDAL O BIEN MEDIANTE TOUCHPAD?</p> <p>REQUIEREN QUE LA UNIDAD DENTAL SE PUEDA CONTROLAR MEDIANTE UNO U OTRO O BIEN REQUIEREN DE LOS DOS</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>PUEDE SER MEDIANTE PEDAL O TOUCHPAD O AMBOS</p>
20	<p>RENGLÓN 103 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. PUNTO 3.3 SILLA PARA ESTOMATÓLOGO.</p> <p>¿REQUIEREN QUE LA SILLA PARA ESTOMATÓLOGO CUENTE CON DESCANSAPIES?</p> <p>POR NORMA EL O LA DENTISTA TIENEN QUE TRABAJAR CON LOS PIES EN EL PISO, PARA EVITAR FATIGA PREMATURA, DOLORES DE ESPALDA, DESVIACIÓN DE COLUMNA Y PROBLEMAS DE COXIS.</p> <p>POR LO QUE EL BANQUILLO DE DOCTOR NO DEBE LLEVAR ARILO (DESCANSAPIES), ESTE ACCESORIO ES PROPIAMENTE PARA EL BANQUILLO DE ASISTENTE.</p> <p>EL BANQUILLO DE ASISTENTE, POR NORMA, DEBE SER MÁS ALTO QUE EL DE DOCTOR, YA QUE EL ASISTENTE TIENEN QUE TENER UNA VISIÓN MÁS AMPLIA Y PODER ASISTIR AL DOCTOR DE MANERA CORRECTA Y EFICIENTE, CUANDO SE TRABAJA A CUATRO MANOS.</p> <p>EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE SI EL BANQUILLO PARA EL DR. O DRA, LO REQUIEREN CON ARILO DESCANSAPIES</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>EL BANQUILLO PARA EL ODONTÓLOGO NO REQUIERE DE DESCANSAPIES</p>
21	<p>RENGLÓN 103 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. PUNTO: 4.7 SOLICITAN:</p> <p>"INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE O CON AL MENOS DOS INTENSIDADES, CON INTERRUPCIÓN EN EL MOVIMIENTO DEL SILLÓN Y RETORNO AUTOMÁTICO DE LA LUZ AL VOLVER A LA POSICIÓN DE TRABAJO"</p> <p>FAVOR DE ACLARAR A QUE SE REFIEREN EXACTAMENTE CON: "INTERUPCIÓN (DE LA LUZ) EN EL MOVIMIENTO DEL SILLÓN...."</p> <p>POR EJEMPLO, SI EL DENTISTA REALIZA UN MOVIMIENTO DEL SILLÓN, PARA QUE EL PACIENTE SE INCLINE A EJUAGARSE LA BOCA, ¿REQUIEREN QUE LA LUZ DE LA</p>	<p>INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE CON AL MENOS DOS INTENSIDADES, CON INTERRUPCIÓN MEDIANTE SENSOR, TOUCHPAD O MEDIANTE EL PEDAL MULTIFUNCIONAL SEGÚN SEA EL CASO DE LA MARCA Y MODELO QUE OFERTE CADA UNO DE LOS LICITANTES</p>



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>LÁMPARA SE APAGUE? Y SE VUELVA A ENCENDER CUANDO REGRESE A LA POSICIÓN DE TRABAJO. SE OYE UN POCO ILÓGICO.</p> <p>PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES Y DIRIGIR LAS ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A UNA MARCA EN PARTICULAR, EXISTENTE EN EL MERCADO NACIONAL.</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE:</p> <p>SE NOS ACLARE DETALLADAMENTE ESTE PUNTO O BIEN SE ACEPTE UN EQUIPO, EN EL CUAL, LA LÁMPARA DENTAL SE PUEDA CONTROLAR MEDIANTE EL TOUCHPAD O MEDIANTE EL PEDAL MULTIFUNCIONAL, SEGÚN SEA EL CASO DE LA MARCA Y MODELO QUE OFERTE CADA UNO DE LOS LICITANTES.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	
22	<p>RENGLÓN 103 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. PUNTO: 5.1</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS ACLARE LO SIGUIENTE: ¿REQUIEREN UNA CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE ADICIONAL A LA QUE TRAE EL MÓDULO ESTOMATOLÓGICO DE LA UNIDAD DENTAL?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>ÚNICAMENTE REQUIERE AL MENOS, DE UNA CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE SEGÚN SEA EL CASO DE LA MARCA Y MODELO QUE OFERTE CADA UNO DE LOS LICITANTES</p>
23	<p>RENGLÓN 103 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. PUNTO: 5.6</p> <p>REQUIEREN: "5.6.- DOS MANGUERAS TIPO BORDEN Y UNA MANGUERA TIPO MULTIFLEX CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA CONTROLAR EL AIRE, AGUA Y EL SPRAY EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUEO AUTOMÁTICO".</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS ACLARE A QUE SE REFIEREN EXACTAMENTE CON: "....UNA MANGUERA TIPO MULTIFLEX CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES...."</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>DOS MANGUERAS TIPO BORDEN Y UNA MANGUERA TIPO MULTIFLEX CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA CONTROLAR EL AIRE, AGUA Y EL SPRAY EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUEO AUTOMÁTICO SEGÚN SEA EL CASO DE LA MARCA Y MODELO QUE OFERTE CADA UNO DE LOS LICITANTES</p>
24	<p>RENGLÓN 103 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. PUNTO: 5.12</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE ACEPTEN MANGUERAS DE POLIURETANO, LISAS, DE 2 VÍAS CON UN LARGO DE 170 CM</p> <p>¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE DOS VÍAS CON UN LARGO DE 170 A 200 CM</p>
25	<p>RENGLÓN 103 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. PUNTO: 9</p> <p>SOLICITAN: UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA 9.1.- INTEGRADO AL EQUIPO. 9.2.- CONTROL O SELECTOR DE FRECUENCIA CON INDICADOR VISUAL. 9.5.- PARA USO AL MENOS EN DOS ESPECIALIDADES: PERIODONCIA Y ENDODONCIA. 9.9.- ACTIVACIÓN A TRAVÉS DEL PEDAL. 9.12.- PUNTAS O INSERTOS PARA DIFERENTES APLICACIONES CLÍNICAS EN: PERIODONCIA, PROFILAXIS, ENDODONCIA, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN Y LLAVE PARA CAMBIO DE INSERTO.</p> <p>LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN ESTOS PUNTOS,</p>	<p>SE REQUIERE DE UNA UNIDAD ULTRASÓNICA DE CONSOLA, PARA USO EN DIFERENTES ESPECIALIDADES CON MÍNIMO 3 INSERTOS O PUNTAS CON CONTROL DE SELECCIÓN DE FRECUENCIA REGULABLE, INDICADOR VISUAL Y PEDAL.</p>



2023. 200 años de Veracruz de Ignacia de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>CORRESPONDEN PROPIAMENTE A UNA UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA DE CONSOLA [NO INTEGRADA AL MÓDULO ESTOMATOLÓGICO DE LA UNIDAD DENTAL].</p> <p>LA UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA INTEGRADA, SE INSTALA EN EL MÓDULO Y QUEDA COMO UNA PIEZA DE MANO MÁS. SE ACTIVA COMO UNA PIEZA DE MANO Y NO MEDIANTE PEDAL.</p> <p>LA UNIDAD ULTRASÓNICA INTEGRADA, NO PRESENTA CONTROL DE SELECCIÓN DE FRECUENCIA, NI INDICADOR VISUAL, NI PEDAL.</p> <p>SI REQUIEREN QUE CONTENGA SELECCIONADOR DE FRECUENCIA CON INDICADOR VISUAL Y PEDAL, DEBE SER LA UNIDAD ULTRASÓNICA DE CONSOLA.</p> <p>LAS DOS TRABAJAN DENTRO DE UN RANGO DE FRECUENCIA DE 28 A 30 KHZ.</p> <p>AHORA BIEN, LA UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA DE CONSOLA, SE PUEDE USAR PARA DIFERENTES ESPECIALIDADES, POR LO QUE HAY PUNTAS O INSERTOS PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES CLÍNICAS.</p> <p>LAS UNIDADES ULTRASÓNICAS ESTOMATOLÓGICAS, POR LO REGULAR TRAEEN DE 3 A 5 INSERTOS PARA PROFILAXIS.</p> <p>PREGUNTAS:</p> <p>a) ¿QUÉ UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA REQUIERE LA CONVOCANTE?</p> <p>¿REQUIEREN UNA UNIDAD ULTRASÓNICA INTEGRADA AL EQUIPO [AL MÓDULO ESTOMATOLÓGICO DE LA UNIDAD DENTAL] O BIEN UNA UNIDAD ULTRASÓNICA DE CONSOLA INDEPENDIENTE [NO INTEGRADA AL MÓDULO DEL EQUIPO] Y QUE PRESENTE CONTROL DE SELECCIÓN DE FRECUENCIA REGULABLE CON INDICADOR VISUAL Y PEDAL.</p> <p>b) ¿CUÁNTOS Y DE CUÁLES [DE QUE NÚMERO O MODELO] DE INSERTOS O PUNTAS, DE CADA UNA, DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, PERIODONCIA, PROFILAXIS, ENDODONCIA, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN, REQUIEREN.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	
26	<p>RENGLÓN 103</p> <p>UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO.</p> <p>PUNTO. 13</p> <p>SOLICITAN:</p> <p>COMPRESORA DE AIRE</p> <p>13.1.- DE 1 HP COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE 35 A 70 LITROS COMO MÍNIMO.</p> <p>13.5.- TANQUE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO DE 45 LITROS.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS ACLARE ¿DENTRO DE QUE RANGO ESTÁ COMPRENDIDA LA CAPACIDAD DEL TANQUE, EN LITROS, DEL COMPRESOR?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>COMPRESOR DE AIRE DE 1 HP COMO MÍNIMO CON CAPACIDAD DE 35 A 70 LITROS COMO MÍNIMO</p> <p>TANQUE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO DE 35 LITROS</p>
27	<p>RENGLÓN 103</p> <p>UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO.</p> <p>REFERENCIA: SIN REFERENCIA</p> <p>DEMOS ENTENDER QUE LA UNIDAD PROPORCIONARÁ TODAS LAS CONEXIONES, A PIE DE SALA: AGUA, AIRE, DRENAJE, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ETC. (TODOS LOS DISPAROS EN EL PISO), ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA CONECTAR E INSTALAR EL EQUIPO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS.</p> <p>¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>LAS PREINSTALACIONES A PIE DE SALA (EN PISO) LAS PROPORCIONA LA UNIDAD, SIENDO EL LICITANTE ADJUDICADO RESPONSIBLE DE LA ADECUACIÓN NECESARIA DE ACUERDO A LA MARCA Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO</p>



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

9.- PROVEEDOR: CASA PLARRE S.A. DE C.V.

A) - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	PUNTO 7.1.1 Y PUNTO 7.1.3 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO RESPECTO A LA FIRMA AUTOGRAFA DE LAS PROPUESTAS, BASTARA CON FIRMAR SOLO EL FRENTE DE CADA HOJA, SIN NECESIDAD DE SER POR AMBOS LADOS.	SI EN AMBOS LADOS TIENE INFORMACIÓN SE DEBE FIRMAR DE AMBOS LADOS
2	PUNTO 7.2 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA USB DEBERA DE AGREGARSE TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN ESTE PUNTO, YA NO SOLO EL ANEXO 2.	LA USB DEBE CONTENER EL ANEXO 2, PROPUESTA TÉCNICA, SI SE INGRESA INFORMACIÓN COMO MANUALES, FOLLETOS, ETC., ESTOS DEBERÁN CORRESPONDER A AQUELLOS DOCUMENTOS IMPRESOS Y REFERENCIADOS DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA
3	PUNTO 7.2.22 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE DE LA MANERA MAS ATENTA ALGUN CORREO O NUMERO TELEFONICO PARA TRAMITAR DICHO ESCRITO.	TÉLEFONO (228)8176826


B) - DE CARÁCTER TECNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	PUNTO 7.2.6 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, EN CUANTO A CATALOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS, BASTARA CON PRESENTAR SOLO LAS HOJAS REFERENCIADAS DONDE SE DESCRIBAN LAS CARACTERISTICAS A OFERTAR.	SE ACEPTE SIEMPRE Y CUANDO SE IDENTIFIQUE A QUE FABRICANTE CORRESPONDE, SIN TACHADURAS Y ENMENDADURAS, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	PARTIDA 22. PUNTO. 3.1 CON GIRO ROTATORIO DE 360° SIENDO UNA LÁMPARA MÓVIL ENTENDEMOS QUE GRACIAS A LA BÁSE DE RUEDAS GIRA 360° POR LO QUE NO ES NECESARIO UN GIRO EN EL BRAZO DE LA MISMA, SIENDO ACEPTABLE UN GIRO DE 10 ° IZQ Y 10° DER. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
3	PARTIDA 22. PUNTO. 4.3 TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4200 A 6000 GRADOS KELVIN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR FIJA DE 4350 ° KELVIN, SIENDO ESTA TEMPERATURA LA IDEAL PARA PERMITIR LA VISUALIZACIÓN Y CONTRASTE DE LOS TEJIDOS OBSERVADOS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	PARTIDA 22. PUNTO 4.10 CABEZAL CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y FESINFECCIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN QUE NOS PERMITA OFERTAR CABEZALES DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL CABEZAL SEA CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
5	PARTIDA 27. PUNTO 13. LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS INDIQUE SI SE ACEPTE LA POSICIÓN FLEXIONADA CON 220° Y MONTAJE HACIA BAJO DE 20° DE LA MESA ELECTROHIDRÁULICA [PARA CIRUGÍA GENERAL], PARA DAR POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6	PARTIDA 27. PUNTO 20.9. CHAROLA PORTACHASIS DE 35X 43 CM (14 X 17 PULGADAS) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA FIJADOR DE CHASIS, EL CUAL NOS PERMITE SUJETAR EL CHASIS PARA RADIOGRAFÍA DE CUALQUIER TAMAÑO POR DEBAJO DE ALGUNA DE LAS SECCIONES DE LA MESA. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
7	PARTIDA 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INETERMEDIOS PUNTO 7.1 AL MENOS 11 CURVAS SIMULTÁNEAS YA QUE SOLO SOLICITAN PARAMETROS BÁSICOS MAS CAPNOGRAFIA Y NO ALTERA EL MONITOREO DEL PACIENTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MONITOR DE 12' CON 8 CURVAS DE VISUALIZACIÓN. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
8	PARTIDA 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INETERMEDIOS, PUNTO 7.2 ECC QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE LA MENOS 4 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MAS, CON ANALISIS DEL SEGMENTO ST	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES



2023, 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACION YA QUE ES TECNOLOGIA DE UNA SOLA MARCA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR CON ECG QUE PERMITA EL DESPLIEGUE DE 2 CURVAS A ELEGIR ENTRE 7 DERIVACIONES ¿SE ACEPTE?	
9	PARTIDA 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INETERMEDIO, PUNTO 14.1 CANAL ADICIONAL SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON CANAL ADICIONAL, YA QUE ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR UNA TECNOLOGIA DE LAS TRES SOLICITADAS	APEGARSE A LA ACLARACION DEL PUNTO 1.2, DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
10	PARTIDA 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INETERMEDIO, PUNTO 17 CON BATERIA INTERNA RECARGABLE CON DURACION DE AL MENOS TRES HORAS. CON CARGADOR INTERCONTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA YA QUE EL HOSPITAL CUENTA CON UNA PLANTA DE RESPALDO Y PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACION, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE 2 HORAS ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
11	PARTIDA 29 MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO, PUNTO 7.1 AL MENOS 11 CURVAS SIMULTANEAS YA QUE SE TARTA DE UN MONITOR BASICO Y NO AFECTA CON LOS PARAMETROS SOLICITADOS NI EL MONITOREO DEL PACIENTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MONITOR DE 12" CON 8 CURVAS DE VISUALIZACION ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
12	PARTIDA 29 MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO, PUNTO 7.2 ECG QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTANEO DE LA MENOS 4 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MAS. CON ANALISIS DEL SEGMENTO ST PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACION YA QUE ES TECNOLOGIA DE UNA SOLA MARCA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR CON ECG QUE PERMITA EL DESPLIEGUE DE 2 CURVAS A ELEGIR ENTRE 7 DERIVACIONES ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
13	PARTIDA 29 MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO, PUNTO 14 CON BATERIA INTERNA RECARGABLE CON DURACION DE AL MENOS TRES HORAS, CON CARGADOR INTERCONTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA YA QUE EL HOSPITAL CUENTA CON UNA PLANTA DE RESPALDO Y PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACION, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE 2 HORAS ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
14	PARTIDA 29 MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO, PUNTO 16 TECLADO ERGONOMICO, E INTERFACE EN ESPANOL YA QUE NUESTRO MONITOR ES TOTALMENTE TOUCH INTUITIVO Y DE FACIL MANEJO SOLICITAMOS AMABLEMNETE A LA CONVOCANTE PODER OMITIR TECLADO ERGONOMICO. ¿SE ACEPTE?	DEBERA REFERENCIAR EL PUNTO SOLICITADO, HACIENDOLO SOBRE LA PANTALLA TOUCH.
15	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.10 DEBIDO A QUE EL QUIROFANO ESTA CONECTADO A LA PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BATERIA INTERCONSTRUIDA DE 90 MINUTOS, YA QUE ESTA CARACTERISTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
16	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.11 DEBIDO A QUE EN EL QUIROFANO EXISTEN EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA ESTE PROPÓSITO, ADEMÁS DE TOMAS DE VACÍO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE ESTA CARACTERISTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
17	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.12 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE ESTA CARACTERISTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, DEBIDO A QUE NO APORTA NINGUN BENEFICIO AL PACIENTE. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
18	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 2.1.1 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR FLUJOMETROS ELECTRÓNICOS, DEBIDO A QUE ESTA CARACTERISTICA ES SUPERIOR A LA SOLICITADA. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
19	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 2.1.1 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR FLUJOMETROS ELECTRÓNICOS, DEBIDO A QUE ESTA CARACTERISTICA ES SUPERIOR A LA SOLICITADA. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
20	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 4.6 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR PRESIÓN INSPIRATORIA DE 10 A 50 CMH20, DEBIDO A QUE ESTE RANGO ES SUFFICIENTE PARA TRATAR PACIENTES DESDE NEONATOS HASTA ADULTOS. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
21	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 6.8 DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A LA ALARMA DE PRESIÓN ALTA EN LAS VÍAS AÉREAS. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

22	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 7.1 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR VAPORIZADOR DE DESFLUORANO COMPATIBLE CON LA UNIDAD DE ANESTESIA, PERO DE DISTINTA MARCA QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA, YA QUE SON MUY POCAS LAS MARCAS QUE CUENTAN CON VAPORIZADOR DE DESFLUORANO Y ESTO LIMITARIA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTE?	APEGARSE A LA ACLARACIÓN DEL PUNTO 1.3, DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.
23	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 8.10 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR DESPLIEGUE DE 8 CURVAS SIMULTÁNEAS, YA QUE ES SUFFICIENTE PARA DESPLEGAR TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE DE MANERA SIMULTÁNEA. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
24	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 11.1 PARA EVITAR EL CRUCE DE ENFERMEDADES NOSOCOMIALES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR 20 TUBOS CORRUGADOS DESECHABLES EN LUGAR DE LOS REUSABLES, DEBIDO A QUE ESTA CARACTÉRISTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
25	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 11.2 PARA EVITAR EL CRUCE DE ENFERMEDADES NOSOCOMIALES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR 10 "Y" DESECHABLES EN LUGAR DE LOS REUSABLES, DEBIDO A QUE ESTA CARACTÉRISTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
26	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 11.3 PARA EVITAR EL CRUCE DE ENFERMEDADES NOSOCOMIALES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR 10 CODOS DESECHABLES EN LUGAR DE LOS REUSABLES, DEBIDO A QUE ESTA CARACTÉRISTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
27	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 11.6 PARA EVITAR EL CRUCE DE ENFERMEDADES NOSOCOMIALES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR 10 CIRCUITOS BAIN DESECHABLES EN LUGAR DE LOS REUSABLES, DEBIDO A QUE ESTA CARACTÉRISTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
28	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 11.14 PARA EVITAR EL CRUCE DE ENFERMEDADES NOSOCOMIALES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR 20 BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES EN LUGAR DE LOS REUSABLES, EN DOS MEDIDAS DIFERENTES. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
29	PARTIDA 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 11.6 PARA EVITAR EL CRUCE DE ENFERMEDADES NOSOCOMIALES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR 5 TRANSDUCTORES DESECHABLES POR CADA CANAL OFERTADO EN LUGAR DE LOS REUSABLES, DEBIDO A QUE ESTA CARACTÉRISTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTE?	EL PUNTO 11.6 DE LA PARTIDA 39 DICE: CIRCUITO DE REINHALACIÓN PARCIAL, BAIN O SEMICERRADO, REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. NO HABLA DE NINGÚN TRANSDUCTOR POR LO QUE NO SE PUEDE DAR RESPUESTA A SU PREGUNTA.
30	PARTIDA 40, UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL PUNTO 9.2 Y 9.3 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD OPTIMIZAR EL USO DEL EQUIPO DENTRO DE LAS UNIDADES MÉDICAS, NOS PERMITA OFERTAR UN PEDAL DOBLE EL CUAL SIRVE PARA CORTE Y COAGULACIÓN EN MODOS MONOPOLAR Y BIPOLAR, YA QUE OFERTAR 2 PEDALES INDEPENDIENTES EN ALGUNOS CASOS RESULTA COMPLICADO PARA LA MANIPULACIÓN DEL EQUIPO DENTRO DE QUIRÓFANOS DONDE SE CUENTE CON ESPACIO LIMITADO ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
31	PARTIDA 40, UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL PUNTO 11 ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR AL SOLICITAR BATERIAS RECARGABLES PARA ESTE EQUIPO, YA QUE ESTOS DISPOSITIVOS REQUIEREN ESTAR CONECTADOS A LA CORRIENTE ELÉCTRICA DADA LA POTENCIA QUE SOLICITAN. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

10.-PROVEEDOR: SERVICIOS Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

1.	PUNTO 1.5 EL [LOS] PARTICIPANTE(S) A QUIEN(ES) SE LE(S) ADJUDIQUE(N) EL [LOS] CONTRATOS DERIVADO(S) DE LA PRESENTE LICITACIÓN , DEBERÁ(N) REALIZAR LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES DESCritos QUE ASÍ LO AMERITEN, CONFORME A LO SIGUIENTE: DENTRO DE LOS <u>TREINTA DÍAS HÁBILES</u> SIGUIENTES A A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA LOS DEMÁS BIENES.	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
----	---	--



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO QUE LOS BIENES REQUERIDOS EN LAS PARTIDAS 27 Y 33 SON CONSIDERADOS DE ALTA TECNOLOGÍA, SOLICITAMOS QUE SE OTORGUE PARA ESTAS PARTIDAS UN PLAZO DE ENTREGA DE 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
2.	<p>PUNTO 1.7 POR ESTE CONDUCTO SOLICITAMOS SE AMPLIE EL PLAZO PARA REALIZAR LAS VISITAS PARA LAS PARTIDAS 12,21,23,24, Y 103 YA QUE SON VARIOS PUNTOS PARA VISITAR EN TAN CORTO PLAZO, DE ACEPTAR NUESTRA SOLICITUD SE DARÍA OPORTUNIDAD DE UNA MAYOR PROVEEDURÍA Y UNA MEJOR REVISIÓN A LOS SITIOS DE INSTALACIÓN YA QUE NO SE TENDRÍA LA PRESIÓN DE DESPLAZARSE A OTRO SITIO PROGRAMADO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, SON SOLO 4 HOSPITALES A VISITAR, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
3.	<p>PUNTO 3.1 DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II DE LA LEY NO. 539 DE ADQUISICIONES, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LA PRESENTE LICITACIÓN NACIONAL, PODRÁN PARTICIPAR PERSONAS FÍSICAS O MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA.</p> <p>PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER, QUE SE ACEPTARAN BIENES DE CUALQUIER PROCEDENCIA, SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE SEA DE NACIONALIDAD MEXICANA. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>EN EL ULTIMO PARRAFO DEL PREAMBULO DE LAS BASES SE ESTABLECE LO SIGUIENTES:</p> <p>EN APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VII 21 Y 29 FRACCIÓN II DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, APROBO EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 06/ORD.01/2023, LA REDUCCIÓN A CERO % EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS INSUMOS Y LOS EQUIPOS QUE SE ADQUIERAN, AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO EN ESTE PROCESO LICITATORIO.</p>
4.	<p>PUNTO 7.13 LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEBERÁ RESPETAR EL ORDEN SEÑALADO EN LOS PUNTOS 7.2 Y 7.3 DE LAS BASES, UTILIZANDO SEPARADORES, FOLIADAS, ASÍ COMO CON LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGREN SUS PROPUESTAS, POR EJEMPLO DEL 1 AL N LA PROPUESTA TÉCNICA Y DEL 1 AL N LA PROPUESTA ECONÓMICA. ESTE REQUISITO ES ÚNICAMENTE PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUEN LOS LICITANTES PARTICIPANTES.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL REQUISITO DE FOLIADO ES ÚNICAMENTE PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE ÉL NO FOLIAR LA PROPUESTA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
5.	<p>PUNTO 7.13 LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEBERÁ RESPETAR EL ORDEN SEÑALADO EN LOS PUNTOS 7.2 Y 7.3 DE LAS BASES, UTILIZANDO SEPARADORES, FOLIADAS, ASÍ COMO CON LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGREN SUS PROPUESTAS, POR EJEMPLO, DEL 1 AL N LA PROPUESTA TÉCNICA Y DEL 1 AL N LA PROPUESTA ECONÓMICA. ESTE REQUISITO ES ÚNICAMENTE PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUEN LOS LICITANTES PARTICIPANTES.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA FALTA DE UNA FIRMA EN AQUELLAS CARTAS QUE SU POR CONTENIDO NO APLIQUEN A LA PROPUESTA NO SERÁ DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTO?</p>	<p>PUNTO 10: DE LA DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.</p> <p>10.3. SE DESCALIFICARÁ A LOS PARTICIPANTES QUE INCURRAN EN ALGUNO(S) DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:</p> <p>NO FIRMEN DE MANERA AUTÓGRAFA TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO LOS SOBRES QUE LAS CONTENGAN;</p> <p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>
6.	PUNTO 7.26	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA QUE INDIQUE LA ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, TENIENDO QUE SER ELABORADAS EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA, UTILIZANDO EL FORMATO ANEXO NO 2 DEBIENDO ESTABLECER EN ESTE FORMATO POR CADA PARTIDA...</p> <p>PREGUNTA: ¿EL ANEXO 2 SEGÚN SU FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADA A RENGLÓN SEGUIDO?</p>	
7.	<p>PUNTO 7.2.6 TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA QUE INDIQUE LA ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, TENIENDO QUE SER ELABORADAS EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA, UTILIZANDO EL FORMATO ANEXO NO. 2 DEBIENDO ESTABLECER EN ESTE FORMATO POR CADA PARTIDA...</p> <p>PREGUNTA: CONFORME A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR EL ANEXO 2 POR PARTIDA?</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
8.	<p>PUNTO 7.2.6 [EN LA USB SE DEBE COPIAR EL ANEXO 2 CON LA IMAGEN DEL BIEN OFERTADO]</p> <p>PREGUNTA: EL ARCHIVO CON LA INFORMACIÓN QUE PRESUME CONTENER LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO 2 ¿DEBERÁ SER GUARDADA EN FORMATO EDITABLE O PDF? FAVOR DE ACLARAR.</p>	EN FORMATO EDITABLE
9.	<p>PUNTO 7.2.6 [EN LA USB SE DEBE COPIAR EL ANEXO 2 CON LA IMAGEN DEL BIEN OFERTADO]</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA IMAGEN A LA QUE HACEN REFERENCIA DEBERÁ SER ANEXADA EN LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
10.	<p>PUNTO 7.2.6 [EN LA USB SE DEBE COPIAR EL ANEXO 2 CON LA IMAGEN DEL BIEN OFERTADO]</p> <p>PREGUNTA: ¿ENTENDEMOS QUE EL ARCHIVO QUE CONTIENE EL ANEXO 2 DEBERÁ CORRESPONDER FIELMENTE A SU VERSIÓN IMPRESA ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTA SE APRECIACIÓN.
11.	<p>PUNTO 7.2.10 CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y / O FILIAL EN MÉXICO Y / O DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y / O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO...</p> <p>PREGUNTA SOLICITAMOS QUE, EN EL CASO DE FABRICANTES EXTRANJEROS, SE PERMITA PRESENTAR COPIA DE LA CARTA ESCANEADA A COLOR, ADJUNTANDO CARTA COMPROMISO DE ENTREGARLA CARTA ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO LO ANTERIOR A FIN DE EVITAR SITUACIONES NO PREVISTAS NI POR EL FABRICANTE NI POR EL LICITANTE DURANTE EL ENVÍO DE LA CARTA</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

12.	<p>PUNTO 7.2.12 CARTA EN PAPEL MEMBRETADO EN EL CUAL SE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR, QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON EL CERTIFICADO ISO 9001-2000, ISO 13485, FDA, NOM-010-SCFI-1994, REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS EXPEDIDO POR LA COFEPRIS</p> <p>PREGUNTA ENTENDEMOS QUE LA CARTA DEBERÁ SUJETARSE A LOS CERTIFICADOS Y NORMATIVAS QUE APLIQUEN A LOS BIENES OFERTADOS, DERIVADO DE SUS CARACTERÍSTICAS, NORMATIVAS INHERENTES Y NATURALEZA DE ESTOS. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
13.	<p>PUNTO 7.2.12 CARTA EN PAPEL MEMBRETADO EN EL CUAL SE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR, QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON EL CERTIFICADO ISO 9001-2000, ISO 13485, FDA, NOM-010-SCFI-1994, REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS EXPEDIDO POR LA COFEPRIS</p>	SE ACEPTA, PARA BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>PREGUNTA ACTUALMENTE LOS FABRICANTES DE EQUIPO MÉDICO SE CERTIFICAN ÚNICAMENTE EN LA ISO 13485, LA CUAL SE ESPECIALIZA Y AMPARA LA CALIDAD EN LOS PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DÁNDOLE UN VALOR MÁS SIGNIFICATIVO QUE AL ISO 9001 CUYO CAMPO DE APLICACIÓN ES MÁS ADMINISTRATIVO; POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE PRESENTAR COMO OPCIÓN ISO 9001 Y/O ISO 13485</p> <p>¿SE ACEPTE?</p>	
14.	<p>PUNTO 7.2.22 ACUSE SELLADO (ORIGINAL Y COPIA) DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS.</p> <p>PREGUNTA ENTENDEMOS QUE AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE PRESENTARA EL ESCRITO SIMPLE, Y EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO Y PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO SE PRESENTARA EL ESCRITO SELLADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBE TENER EL SELLO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, AL MOMENTO DE LA APERTURA</p>
15.	<p>PUNTO 7.2.24 LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR COMO MÍNIMO FOTOCOPIA DE 2 CONTRATOS FORMALIZADOS CON CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O DEPENDENCIA DE ESA U OTRA ENTIDAD FEDERATIVA, POR LA VENTA DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS IGUALES A LAS DESCRIPTAS EN ANEXO TÉCNICO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SERÁ DE ACUERDO A LOS RENGLONES EN LA QUE PARTICIPE.</p> <p>ASÍ MISMO DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTOS QUE AMPARE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES CONFORME A DICHOS CONTRATOS</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS 2 CONTRATOS FORMALIZADOS, SON POR EL TOTAL DE LA OFERTA, ES DECIR, NO SE TENDRÁ QUE PRESENTAR DOS CONTRATOS POR PARTIDA COTIZADA. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>COMO MÍNIMO SE SOLICITAN 2 CONTRATOS</p>
16.	<p>PUNTO 7.2.25 LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR COMO MÍNIMO FOTOCOPIA DE 2 CONTRATOS FORMALIZADOS CON CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O DEPENDENCIA DE ESA U OTRA ENTIDAD FEDERATIVA, POR LA VENTA DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS IGUALES A LAS DESCRIPTAS EN ANEXO TÉCNICO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SERÁ DE ACUERDO A LOS RENGLONES EN LA QUE PARTICIPE.</p> <p>ASÍ MISMO DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTOS QUE AMPARE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES CONFORME A DICHOS CONTRATOS</p> <p>PREGUNTA: A FIN DE COMPROBAR LA ENTREGA DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, SOLICITAMOS SE PERMITA SE PERMITA PRESENTAR ACTAS DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FACTURAS O REMISIONES SELLADAS Y/O FIRMADAS POR EL CLIENTE. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>EN EL PUNTO 7.2.25, SE INDICA EL ESCRITO DONDE EL LICITANTE ACEPTE QUE LA CONVOCANTE, PODRÁ REALIZAR VISITAS A SUS INSTALACIONES</p>
17.	<p>PUNTO 7.2.25 LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR COMO MÍNIMO FOTOCOPIA DE 2 CONTRATOS FORMALIZADOS CON CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O DEPENDENCIA DE ESA U OTRA ENTIDAD FEDERATIVA, POR LA VENTA DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS IGUALES A LAS DESCRIPTAS EN ANEXO TÉCNICO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SERÁ DE ACUERDO A LOS RENGLONES EN LA QUE PARTICIPE.</p> <p>ASÍ MISMO DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTOS QUE AMPARE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES CONFORME A DICHOS CONTRATOS</p> <p>PREGUNTA POR CARACTERÍSTICAS IGUALES SE REFIEREN A ¿EQUIPOS DE LA MISMA NATURALEZA Y FUNCIONALIDAD? ES DECIR, SI OFERTAMOS MESAS DE CIRUGÍA NO PODREMOS ANEXAR CONTRATOS DE MESAS DE EXPLORACIÓN O MESAS DE PARTO COMO EJEMPLO. ¿ES CORRECTO? DEBEN CONTRATOS DE MESAS DE CIRUGÍAS.</p>	<p>EN EL PUNTO 7.2.25, SE INDICA EL ESCRITO DONDE EL LICITANTE ACEPTE QUE LA CONVOCANTE, PODRÁ REALIZAR VISITAS A SUS INSTALACIONES</p>



2023. 200 años de Veracruz de Ignacia de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	FAVOR DE ACLARAR SI ESTAMOS EN LO CORRECTO	
--	--	--

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

	PREGUNTAS	RESPUESTAS
18.	PARTIDA 3 ANTEOJOS EMPLOMADOS PUNTO: 1 ESTRUCTURA LIGERA Y MATERIAL RESISTENTE A ALTOS IMPACTOS. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "RESISTENTES", DEBIDO A QUE ASÍ LO INDICA EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ADEMÁS TAMBIÉN DEBERÁ REFERENCIAR Y DEMOSTRAR LA ESTRUCTURA LIGERA
19.	PARTIDA 3 ANTEOJOS EMPLOMADOS PUNTO: 2 CON 0.75 MM DE PLOMO EN VIDRIOS, COMO MÍNIMO PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO BARRERA FÍSICA COMPUESTA DE PLOMO Y RESINAS PLÁSTICAS, MIENTRAS TENGA UNA PROTECCIÓN EQUIVALENTE A 0.75 MM DE PLOMO. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
20.	PARTIDA 3 ANTEOJOS EMPLOMADOS PUNTO: 3 CAPA ANTIRREFLEJANTE PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBE OFERTAR UNOS ANTEOJOS DE CALIDAD EN SU DURABILIDAD POR LO QUE DEBERÁ OFERTAR UNA CAPA ANTIRREFLEJANTE, Y ADEMÁS DEBERÁ CONTAR CON UNA CAPA ANTIRAYADURAS E HIDRÓFOBICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
21.	PARTIDA 3 ANTEOJOS EMPLOMADOS PUNTO: 6.1.2 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO: 9001 Y/O ISO 13485, DADO QUE ESTOS BIENES SON CONSIDERADOS DENTRO DEL CUADRO BÁSICO COMO EQUIPO MÉDICO.	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL ORIGEN DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO.
22.	PARTIDA 5 BLINDAJE PARA GÓNADAS PUNTO: 2 ELABORADO CON MATERIAL NYLON PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MATERIAL POLIÉSTER Y/O NYLON SEGÚN LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SEA REPELENTE AL AGUA Y A MANCHA ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
23.	PARTIDA 5 BLINDAJE PARA GÓNADAS PUNTO: 5 CON CINTA VELCRO PARA SUJETARSE PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN ESTE PUNTO CORREA CON BROCHE PARA UN AJUSTE PERFECTO, LO CUAL CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA DE SUJECCIÓN ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
24.	PARTIDA 5 BLINDAJE PARA GÓNADAS PUNTO: 6.1.2 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO: 9001 Y/O ISO 13485, DADO QUE ESTOS BIENES SON CONSIDERADOS DENTRO DEL CUADRO BÁSICO COMO EQUIPO MÉDICO.	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL ORIGEN DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO.
25.	PARTIDA 9 COLLARÍN DE PLOMO PUNTO: 5 TAMAÑO ADULTO. PREGUNTA: SE SUGIERE A LA CONVOCANTE QUE, CON EL FIN DE PODER OBTENER PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PACIENTES DE DIFERENTES EDADES, SOLICITE OFERTAR UN KIT DE COLLARÍN EL CUAL INCLUYA UNO TAMAÑO ADULTO (55 CM, ANCHO ESTÁNDAR) Y UNO PEDIÁTRICO (48 CM, ANCHO ESTÁNDAR). ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

26.	<p>PARTIDA 9 COLLARÍN DE PLOMO PUNTO: 7.1.2 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO: 9001Y/O ISO 13485, DADO QUE ESTOS BIENES SON CONSIDERADOS DENTRO DEL CUADRO BÁSICO COMO EQUIPO MÉDICO.</p>	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL ORIGEN DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO.
27.	<p>PARTIDA 15 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES PUNTO: 3 DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA LCD O ELECTROLUMINISCENTE DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO FETAL. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA PANTALLA LCD DEBE SER DE AL MENOS 1.7" PARA PERMITIR UNA VISUALIZACIÓN CLARA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y LA SEÑAL VISUAL DEL LATIDO CARDIACO. ¿ES CORRECTO?</p>	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
28.	<p>PARTIDA 15 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES PUNTO: 4 OPERA CON BATERÍAS RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERÍAS PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL PUNTO DEBERÍA DECIR "OPERA CON BATERÍAS RECARGABLES Y CARGADOR INTERCONSTRUIDO". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
29.	<p>PARTIDA 15 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES PUNTO: 9. PROCESADO POR AUTOCORRELACIÓN PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR MAYORES HERRAMIENTAS DE MONITOREO A LOS USUARIOS, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON 3 MODOS DE OPERACIÓN: MODO MANUAL, TIEMPO REAL Y PROMEDIO, CON UN PROCESADO POR AUTOCORRELACIÓN.</p>	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
30.	<p>PARTIDA 15 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES PUNTO: 13. 2 GEL CONDUCTOR PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR 2 TUBOS DE GEL CONDUCTOR DE 250 ML. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
31.	<p>PARTIDA 15 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES PUNTO: 12. ACCESORIOS: BOLSA PARA TRANSPORTE Y BATERÍA RECARGABLES PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE HACE REFERENCIA A UNA BOLSA PARA TRASPORTE DEL EQUIPO Y 1 PAR DE BATERÍAS RECARGABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
32.	<p>PARTIDA 15 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES PUNTO: 17. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA TÉCNICA Y EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTOS EQUIPOS NO REQUIEREN MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASTARA CON PRESENTAR UNA CARTA EN DONDE SE ESPECIFIQUE QUE ESTOS EQUIPOS SON LIBRES DE MANTENIMIENTO Y SOLO APLICARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CASO DE SER NECESARIO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
33.	<p>PARTIDA 15 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES PUNTO: 19.12 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001 PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO: 9001Y/O ISO 13485, DADO QUE ESTOS BIENES SON CONSIDERADOS DENTRO DEL CUADRO BÁSICO COMO EQUIPO MÉDICO. ¿SE ACEPTA?</p>	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL ORIGEN DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO.
34.	<p>PARTIDA 17 GUANTES DE PLOMO PUNTO: 2. TALLA ESTÁNDAR PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "LONGITUD DE 38 CM", YA QUE ASÍ ES COMO LO REFIERE EL FABRICANTE POR QUE PROTEGE LA MANO Y MITAD DEL ANTEBRAZO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

35.	<p>PARTIDA 17 GUANTES DE PLOMO PUNTO: 6.1.2 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001 PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO: 9001Y/O ISO 13485, DADO QUE ESTOS BIENES SON CONSIDERADOS DENTRO DEL CUADRO BÁSICO COMO EQUIPO MÉDICO. ¿SE ACEPTA?</p>	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL ORIGEN DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO.
36.	<p>PARTIDA 26 MANDIL EMPLOMADO PUNTO: 2. TALLA ESTÁNDAR. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR DIMENSIONES DE 25 X 36 PULGADAS. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
37.	<p>PARTIDA 26 MANDIL EMPLOMADO PUNTO: 5. RECUBIERTOS DE MATERIAL PLÁSTICO IMPERMEABLE. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO BARRERA FÍSICA COMPUESTA DE PLOMO Y RESINAS PLÁSTICAS. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO TAMBÉN SE DEMUESTRE QUE EL MATERIAL ES IMPERMEABLE
38.	<p>PARTIDA 26 MANDIL EMPLOMADO PUNTO: 7.1.2 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE ISO:9001. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO: 9001Y/O ISO 13485, DADO QUE ESTOS BIENES SON CONSIDERADOS DENTRO DEL CUADRO BÁSICO COMO EQUIPO MÉDICO. ¿SE ACEPTA?</p>	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL ORIGEN DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO.
39.	<p>PARTIDA 27 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA PUNTO: 3. QUE SOPORTE UN PESO DE 220 KG COMO MÍNIMO. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y NO LIMITAR EL USO DEL EQUIPO A PACIENTES OBESOS, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE SOLICITE UN SOPORTE DE PESO DE 450 KG O MAYOR. YA QUE ADEMÁS DEL PESO DEL PACIENTE LA MESA QUIRÚRGICA DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR EL PESO DE LOS ACCESORIOS Y EN CASO DE SER NECESARIO LA CARGA POR UN PROCEDIMIENTO DE RCP. ¿SE ACEPTA?</p>	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
40.	<p>PARTIDA 27 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA PUNTO: 4. CON SISTEMA DE FRENIOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN SISTEMA DE FRENIOS CENTRAL. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
41.	<p>PARTIDA 27 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA PUNTO: 4. CON SISTEMA DE FRENIOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL SISTEMA DE FRENIOS SE DEBERÁ ACCIONAR DESDE EL CONTROL DE MANO O DESDE EL CONTROL EN LA COLUMNA (SISTEMA DE EMERGENCIA). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
42.	<p>PARTIDA 27 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA PUNTO: 13. LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA, LA MESA CLARAMENTE SOLICITA SER DE 5 SECCIONES (CABECERA, DORSO SUPERIOR, DORSO INFERIOR, PELVIS Y MIEMBROS INFERIORES). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
43.	<p>PARTIDA 27 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA PUNTO: 13. LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA MESA DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD PARA REALIZAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA Y NAVAJA SEVILLANA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
44.	PARTIDA 27 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA PUNTO: 14. CONTROL REMOTO O DE MANO ALÁMBICO PARA LOS MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE DURANTE EL POSICIONAMIENTO DE LA MESA EN QUIRÓFANO, EL CONTROL CUENTE CON UN DISPLAY O PANTALLA EL CUAL INDIQUE EL MOVIMIENTO SIMULTÁNEO QUE SE ESTÁ ACCIONANDO EN EL MISMO, Y DE ESTA MANERA EVITAR MOVIMIENTOS NO DESEADOS QUE PUDIERAN CAUSAR ALGÚN ACCIDENTE ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
45.	PARTIDA: 33 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO: 2.4 ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +120° Y -120° O MAYOR PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA ROTACIÓN DEL SOPORTE DEL TUBO DE +90° Y -90°. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
46.	PARTIDA: 33 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO: 8. INCLUYA BATERÍA INTERNA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL ALIMENTARSE DE LAS BATERÍAS EL EQUIPO TENDRÁ LA CAPACIDAD DE DESPLAZARSE Y REALIZAR DISPAROS DE RAYOS X SIN ESTAR CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL PUNTO 8 DE LA PARTIDA 33, SE REFIERE A QUE SE REQUIERE DE UNA BATERÍA INTERNA QUE SEA CAPAZ DE PROPORCIONAR UNA INDEPENDENCIA Y RESPALDO DE FUNCIONAMIENTO SUFFICIENTE PARA HACER UN CIERRE O APAGO SEGURO DEL SISTEMA Y EVITAR DANAR EL SOFTWARE DEL EQUIPO; CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
47.	PARTIDA: 33 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO: 3. DETECTOR DIGITAL PLANO PREGUNTA: SE SUGIERE A LA CONVOCANTE QUE SOLICITE OFERTAR DETECTOR INALÁMBRICO PARA LA COMODIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS ENTRE EL USUARIO-PACIENTE. ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
48.	PARTIDA: 33 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO: 1.4 TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 3.5 MS O MENOR A 2 SEG O MAYOR. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR UN RANGO DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 3 A 1000 MS. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
49.	PARTIDA: 33 RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO PUNTO: 14.1 UN MANDIL PLOMADO 14.2 UN COLLARIN PLOMADO 14.3 UN PROTECTOR DE GÓNDADAS PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN ESTOS PUNTOS SE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485, DADO QUE ESTOS BIENES SON CONSIDERADOS DENTRO DEL CUADRO BÁSICO COMO EQUIPO MÉDICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL ORIGEN DE FABRICACIÓN DE CADA EQUIPO.
50.	PARTIDA: 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL PUNTO: 2.1 CON CORTE PURO DE CON POTENCIA MÍNIMA DE 300. PREGUNTA: CON EL FIN DE BRINDAR UN MAYOR RANGO DE POTENCIA Y REALIZAR UNA MAYOR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE SOLICITE UNA POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 400 WATTS. ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
51.	PARTIDA: 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL PUNTO: 3.1 CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 80 WATTS.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA DE 120 W, YA QUE ES UNA CARACTÉRISTICA SUPERIOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
52.	PARTIDA: 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL. PUNTO: 9.4 LÁPIZ CON ELECTRODO DE CUCHILLA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN LÁPIZ REUSABLE CON UN ELECTRODO DE CUCHILLA REUSABLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LAS CARACTÉRISTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTÉRISTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTÉRISTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTÉRISTICAS O TECNOLOGÍA
53.	PARTIDA: 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL. PUNTO: 9.2 PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN Y 9.3 PEDAL BIPOLAR. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UN PEDAL CON FUNCIONES PARA CORTE Y COAGULACIÓN, Y LA SELECCIÓN DEL MODO BIPOLAR O MONOPOLAR SE PODRÁ REALIZAR A TRAVÉS DE LA CONSOLA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL PEDAL FUNCIONE PARA AMBOS MODOS, O EN SU CASO OFERTAR LOS PEDALES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE SU EQUIPO.
54.	PARTIDA: 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL. PUNTO: 9.7 ELECTRODOS MONOPOLARES REUSABLES DE NAVAJA, DE ASA, DE BOLA, RECTO, DE AGUJA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO INDIQUE LA CANTIDAD DE ELECTRODOS REUSABLES DE CADA TIPO.	LA CANTIDAD ES UNA PIEZA POR CADA TIPO DE ELECTRODO.
55.	PARTIDA: 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL. PUNTO: 10.3 CABLE DE CONEXIÓN PARA INSTRUMENTO BIPOLAR. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE CABLE DE CONEXIÓN PARA INSTRUMENTO BIPOLAR ES EL MISMO QUE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO 9.5. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
56.	TODAS LAS PARTIDAS: PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN PUNTOS QUE NO SE PUEDA REFERENCIAR EN LA LITERATURA, NOS PERMITA REFERENCIAR EN IMÁGENES DE FOLLETOS Y MANUALES; O INCLUIR CARTA DE FABRICANTE.	TODAS LAS CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS DEBEN SER REFERENCIADAS, EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE EXPLICITAMENTE EN EL DOCUMENTO PRESENTADO, ALGUNA DE ELLAS, PODRÁ REALIZARLO A TRAVÉS DE IMÁGENES DEL EQUIPO OFERTADO, DEBIENDO SER ESTAS LAS MENOS.
57.	TODAS LAS PARTIDAS: PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR CARACTÉRISTICAS SUPERIORES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LAS CARACTÉRISTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTÉRISTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTÉRISTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTÉRISTICAS O TECNOLOGÍA
58.	TODAS LAS PARTIDAS: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE, SI SE REFERENCIA EN ALGÚN MANUAL O FOLLETO EN OTRO IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ADEMÁS DE LA TRADUCCIÓN SIMPLE DEBERÁ AGREGAR LA REFERENCIA DE MANUAL O FOLLETO EN IDIOMA ORIGINAL.

11.-PROVEEDOR: EQUIPOS BIOMÉDICOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	RENGLÓN 12 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. EL CONSECUITIVO DE LA NUMERACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA YA NO CORRESPONDE DESPUÉS DEL NUMERAL 30.2, YA QUE EL SIGUIENTE SE REINICIA EN EL 16 HASTA FINALIZARE EN EL 214. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LA CORRECCIÓN DE ESTA NUMERACIÓN PARA EVITAR ERRORES EN LA REFERENCIACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	RENGLÓN 12 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. SOLICITO SU CONFIRMACIÓN SI PARA EFECTOS DE REFERENCIAR LAS CARACTÉRISTICAS DE LOS EQUIPOS, SOLO SE DEBEN REFERENCIAR DEL NUMERAL 1 AL 30.2 YA QUE LAS DESCRIPCIONES DE LOS NUMERALES SIGUIENTES NO SON PROPIAS DEL EQUIPO	DEBERÁ AGREGAR TODOS AQUELLOS PUNTOS QUE SU EMPRESA OFERTE Y REFERENCIAR AQUELLOS CON LOS QUE CUENTE CON RESPALDO EN MANUALES, CATÁLOGOS, FOLLETOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD, ETC.



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
3	RENGLÓN 12 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, NUMERAL 1 SOLICITAN EQUIPOS CON CAPACIDAD ÚTIL DE 330 LITROS. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 250 LITROS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO ESTE CAMBIO SE DEBA A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES MÉDICAS.

12.-PROVEEDOR: SINCRONÍA MÉDICA APLICADA S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RÉSPUESTAS
1	REFERENCIA: 1.4 PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LO MENCIONADO EN ÉL PUNTO DE MI REFERENCIA SOLO ES INFORMATIVO Y NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR ESCRITO ALGUNO?	EL PUNTO ES DE REFERENCIA PARA EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, ASÍ MISMO, DEBERÁ CUBRIR LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO DE LAS GARANTÍAS DE SU PROPUESTA TÉCNICA
2	REFERENCIA: 1.9 PREGUNTA: PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL DE MI REFERENCIA, BASTARÁ CON PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE, FIRMADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR EL REPRESENTANTE LEGAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7.2.26
3	REFERENCIA: PUNTO 4 PREGUNTA: TRATÁNDOSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS INFORME SI SE PODRÁN OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO DE PAÍSES COMO ALEMANIA, CHINA, JAPÓN, EUA, PAKISTÁN, ITALIA, POR EJEMPLO. FAVOR DE ACLARAR.	REFERIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL PREAMBULO QUE ANTECEDE LA DESCRIPCIÓN DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, REFERENTE AL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
4	REFERENCIA: 7.2.6 PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE, SE DEBERÁ ENTREGAR ÚNICAMENTE UN ESCRITO BASADO EN EL ANEXO NO. 2 CON TODAS LAS PARTIDAS DE NUESTRO INTERÉS.	DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 2, CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS QUE SE OFERTEN Y QUE INTEGRE SU PROPUESTA TÉCNICA.
5	REFERENCIA: 7.2.6 PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE DEBERÁ ADJUNTAR EN PDF O WORD, DEL ANEXO NO. 2 QUE DEBERÁ IR EN LA USB	SE DEBERÁ PRESENTAR EN ARCHIVO EDITABLE.
6	REFERENCIA: 7.2.6 (EN LA USB SE DEBE COPIAR EL ANEXO NO. 2 CON LA IMAGEN DEL BIEN OFERTADO) PREGUNTA: EN EL ENTENDIDO QUE EN EL ANEXO NO. 2 NO HAY ESPACIO PARA IMÁGENES. ¿LA CONVOCANTE REQUIERE LOS CATÁLOGOS Y EL ANEXO NO. 2 ESCANEADO? FAVOR DE ACLARAR.	LA IMAGEN SOLICITADA DEBE ESTAR INCLUIDA EN EL ANEXO 2, CORRESPONDIENTE A LÍA DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO.
7	REFERENCIA: 7.2.6 PREGUNTA: ¿PARA LOS LICITANTES QUE NO OFERTEN INSTRUMENTAL MÉDICO, SERÁ NECESARIO MANIFESTAR QUE NO SE DEBE PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO? FAVOR DE ACLARAR.	DEBE PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO, TODO AQUEL QUE OFERTE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO
8	REFERENCIA: 7.2.10 PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN MI REFERENCIA, SE PODRÁ UTILIZAR LA REDACCIÓN QUE CADA LICITANTE CONSIDERE CONVENIENTE, CUMPLIENDO CON LOS PUNTOS SOLICITADOS EN ESTE NUMERAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
9	REFERENCIA 7.2.12 SEGUNDO PÁRRAFO - DICE: SE DEBERÁ ANEXAR FOTOCOPIA DE DICHOS DOCUMENTOS EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 7.2.6. PREGUNTA: DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN ESTOS DOS NUMERALES, ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO, DEBEMOS DE PRESENTAR UNA USB ('PROPUESTA TÉCNICA') LA CUAL ÚNICAMENTE CONTENDRÁ LO SIGUIENTE: ANEXO 2 PROPUESTA TÉCNICA EN PDF Y EXCEL, MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS ILUSTRADOS, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTE REGISTROS, SANITARIOS VIGENTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL NUMERAL 7.2.12 SON LA CARTA DE DECIR VERDAD DEL CUMPLIMIENTO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD, REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN. MISMOS DOCUMENTOS QUE DEBEN SER IMPRESOS Y ANEXADOS A CADA PARTIDA OFERTADA EN SU PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 2).
10	REFERENCIA 7.2.15 PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO, DEBEMOS DE PRESENTAR ÚNICAMENTE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN PROVISIONAL DEL MES JUNIO DEL 2023. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN




2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	REFERENCIA 7.2.24 DICE: LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR COMO MÍNIMO FOTOCOPIAS LEGIBLES DE 2 CONTRATOS FORMALIZADOS CON CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
11	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL, DEBEMOS DE PRESENTAR UN MÍNIMO 2 CONTRATOS LOS CUALES TENGAN COMO OBJETO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE CARACTERÍSTICAS DE IGUALES O SIMILARES A LAS DESCRIPTAS EN EL ANEXO TÉCNICO; ASÍ MISMO ANEXANDO SU RESPECTIVA ACTA DE ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
12	REFERENCIA: 1.7 / 7.2.27 PREGUNTA: PARA EL CASO DE LOS LICITANTES QUE OFERTEN PARTIDAS QUE NO REQUIEREN DE VISITA, PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SOLO SERÁ NECESARIO MANIFESTARLO DE ESTA MANERA EN EL ANEXO NO. 17. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
13	REFERENCIA: 7.3.1 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PODRÁ PRESENTAR EL ANEXO NO. 11 ÚNICAMENTE CON LAS PARTIDAS EN QUE SE PARTICIPE, ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
14	REFERENCIA: 10.1 PREGUNTA: MI REPRESENTADA PRETENDE IMPRIMIR EN UNA SOLA CARA DE LA HOJA TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESTÁ SOLICITANDO TANTO PARA LA PROPUESTA TÉCNICA COMO PARA LA ECONÓMICA; POR LO TANTO, ENTENDEMOS QUE ÚNICAMENTE SE TENDRÁ QUE FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE LA CARA DE LA HOJA EN DONDE SE ENCUENTRA DICHA INFORMACIÓN. ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA REVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE DICHO REQUISITO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

B) DE CARÁCTER TÉCNICO.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	TODOS LOS RENGLONES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ADJUNTAR ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS DE LOS CATALOGOS, FOLLETOS, MANUALES, ETC. REFERENCIADAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE IDENTIFIQUE EL FABRICANTE QUE LO EMITE, SIN RALLADURAS, TACHADURAS NI ENMENDADURAS SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	TODOS LOS RENGLONES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR TRADUCCIÓN SIMPLE SOLO DE LAS PÁGINAS REFERENCIADAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ADEMÁS DE LA TRADUCCIÓN SIMPLE DEBERÁ AGREGAR LA REFERENCIA DE MANUAL O FOLLETO EN IDIOMA ORIGINAL
3	RENGLÓN 19 "LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE UN LED, CABEZAL PEQUEÑO", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA INTENSIDAD DE LUZ DE 20,000 LUXES COMO MÍNIMO, A UNA DISTANCIA DE 30 CM, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA, ESTO DEBIDO A QUE NO ES ESPECÍFICO A QUE PUNTO SE REFIERE DE ESTA PARTIDA
4	RENGLÓN 19 "LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE UN LED, CABEZAL PEQUEÑO", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LONGITUD DE BRAZO DE 79 CM, DEBIDO A QUE ESTO NO AFECTA SU FUNCIONALIDAD NI SU USO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA, ESTO DEBIDO A QUE NO ES ESPECÍFICO A QUE PUNTO SE REFIERE DE ESTA PARTIDA
5	RENGLÓN 19 "LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE UN LED, CABEZAL PEQUEÑO", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR "CON DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN VARIABLE EN EL RANGO DE 10 A 25 CM A UNA DISTANCIA DE 40 CM" DE LA SIGUIENTE MANERA: "TAMAÑO DEL PUNTO DE LUZ A DISTANCIA DE TRABAJO: 18 CM A 30 CM, 15 CM A 50 CM", ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO TAMBÉN SE ESPECIFIQUE EL DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN.
6	RENGLÓN 28 "MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO", PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA CONSIDERAR ESTE PUNTO: "SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRÓNICA PARA DESFIBRILACIÓN" COMO OPCIONAL ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

7	RENGLÓN 28 " MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO", ES CORRECTO ENTENDER QUE ÚNICAMENTE ECG, RESPIRACIÓN, SPO2 Y CO2 DESPLIEGAN CURVAS, CONSIDERANDO QUE ESTO SEA SUFFICIENTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON AL MENOS 6 CURVAS SIMULTÁNEAS, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA, ESTO DEBIDO A QUE NO ES ESPECIFICO A QUE PUNTO SE REFIERE DE ESTA PARTIDA
8	RENGLÓN 28 " MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO", PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EN ESTE PUNTO: "ECG, QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 4 CURVAS A ELEGIR ENTRE 7 DERIVACIONES O MÁS, CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST", UN EQUIPO QUE DESPLIEGUE 2 CURVAS SIMULTÁNEAS, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
9	RENGLÓN 28 " MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 24 HORAS MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA, ESTO DEBIDO A QUE NO ES ESPECIFICO A QUE PUNTO SE REFIERE DE ESTA PARTIDA
10	RENGLÓN 28 " MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO", PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA CONSIDERAR ESTE PUNTO: "SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRÓNIA PARA DESFIBRILACIÓN" COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
11	RENGLÓN 29 " MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO", ES CORRECTO ENTENDER QUE CONSIDERANDO QUE SOLICITAN UN MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE MIDA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: ECG, FC, FR, TEMP., PANI, SPO2 Y CO2, ÚNICAMENTE ECG, RESPIRACIÓN, SPO2 Y CO2 DESPLIEGAN CURVAS, CONSIDERANDO ESTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON AL MENOS 4 CURVAS SIMULTÁNEAS, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA, ESTO DEBIDO A QUE NO ES ESPECIFICO A QUE PUNTO SE REFIERE DE ESTA PARTIDA
12	RENGLÓN 29 " MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA, ESTO DEBIDO A QUE NO ES ESPECIFICO A QUE PUNTO SE REFIERE DE ESTA PARTIDA
13	RENGLÓN 29 " MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 24 HORAS MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA, ESTO DEBIDO A QUE NO ES ESPECIFICO A QUE PUNTO SE REFIERE DE ESTA PARTIDA
14	RENGLÓN 29 " MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON BATERIA INTERCARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 90 MINUTOS, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA, DEBIDO A QUE A QUE ESTO NO LIMITA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA, ESTO DEBIDO A QUE NO ES ESPECIFICO A QUE PUNTO SE REFIERE DE ESTA PARTIDA
15	RENGLÓN 54 "CAMILLA DE RECUPERACIÓN", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE ALTURA Y DESCESO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 55 CM (+/- 5) CM A 85 CM (+/- 5) CM, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA, ESTO DEBIDO A QUE NO ES ESPECIFICO A QUE PUNTO SE REFIERE DE ESTA PARTIDA
16	RENGLÓN 54 "CAMILLA DE RECUPERACIÓN", PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA CONSIDERAR ESTE PUNTO: "ELEVACIÓN DE RODILLAS QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A -25° COMO MÍNIMO" COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

13.- PROVEEDOR: GREPO S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	PUNTO 7.2.12, CON RESPECTO AL REGISTRO COFEPRIS, EN EL CASO DE QUE ESTE REGISTRO AVALE VARIAS RENGLONES, SE PUEDE IMPRIMIR POR CADA UNO, LA CARÁTULA DEL REGISTRO, SU HOJA FINAL DONDE MUESTRA SU VIGENCIA Y SOLO LA HOJA DONDE HAGA MENCIÓN DEL RENGLÓN CORRESPONDIENTE, ESTO PARA NO GENERAR DEMASIADO PAPEL QUE NO INDICA MÁS DE ESA PARTIDA, ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	FICHAS TÉCNICAS, LA NUMERACIÓN DE LOS RENGLONES SE VA A AJUSTAR EN BASE AL ANEXO TÉCNICO, ESTO PORQUE EN LAS FICHAS NO VIENEN LOS RENGLONES 111,	APEGARSE A LAS ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASES.



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	154, 156, 191, 198, 199, 208, 257 Y 278, LOS CUALES ESTÁN RECORRIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.	
2	RENGLÓN 39. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. FICHA TÉCNICA PUNTO 7.1. DOS VAPORIZADORES: UNO DE DESFLUORANO Y UNO DE SEVOFLUORANO DE LA MISMA MARCA DE LA MAQUINA DE ANESTESIA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE. PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS CONCURSANTES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR UN VAPORIZADOR DE SEVOFLUORANO Y UN VAPORIZADOR DE ISOFLUORANO ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LA ACLARACIÓN DEL PUNTO 1.3 DE LAS PRESENTES BASES


14.-PROVEEDOR: INDDCAMA DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EN SALUD S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	PUNTO 7.1.3 LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE, QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA FOLIADA ¿SE ACEPTA?	NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN QUE NO ESTÉ FOLIADA LAS PROPUESTAS, ES SOLO CONTROL PARA EL LICITANTE
2	PUNTO 7.2.12 [PÁGINA 18] EN LA USB SE DEBERÁN AGREGAR TODOS LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS, LOS CUALES SE DEBERÁN ENCONTRAR VIGENTES Y SER APLICABLES A LOS BIENES OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ESTE PUNTO SE REFIERE ÚNICAMENTE A LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 7.2.12.	SE REFIERE A LA ENTREGA DEL ANEXO 2, PROPUESTA TÉCNICA, EN ARCHIVO EDITABLE.
3	PUNTO 7.2.22 ACUSE SELLADO (ORIGINAL Y COPIA) DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EL CUAL EL LICITANTE DEBIÓ HABER PRESENTADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ANEXO 9. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI HAY ALGUNA FECHA ESPECÍFICA PARA EL SELLADO DE DICHO DOCUMENTO.	EL ANEXO DEBE SER PRESENTADO CON LA FECHA DE LA APERTURA, EL SELLO PUEDE SER ANTES O EL MISMO DÍA.
4	PUNTO 7.2 [PÁG. 20] NOTA IMPORTANTE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007, CONFORME A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO TÉCNICO, DEBIENDO COINCIDIR EXACTAMENTE CON LA PRESENTADA EN FORMA ESCRITA, SIN CELDAS COMBINADAS EN MAYÚSCULAS. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, NOS PERMITA PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA WORD, YA QUE ALGUNAS DESCRIPCIONES SON DE GRAN TAMAÑO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
5	PUNTO 7.3.2 PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, ¿SERÁ SUFFICIENTE CON PONER LA LEYENDA 'DE ACUERDO A LAS BASES' EN CADA UNO DE LOS INCISOS DEL A AL F? ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	RENGLÓN 30 NEGATOSCOPIO LED (UN CAMPO) CLAVE: 513.634.0030 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA ACEPTADO EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TIPO INTERLOCK DE 2.5M DE LARGO 3X18 AWG COLOR NEGRO, ADECUADO PARA ENERGIZAR MATRIZ DE LED'S	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA SIEMPRE Y CUANDO





2023 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


		DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
2	<p>RENGLÓN 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0364</p> <p>PUNTO 11 SOPORTE PARA VAPORIZADORES: DOS VAPORIZADORES EN LÍNEA CON SISTEMA DE EXCLUSIÓN QUE EVITE EL USO SIMULTÁNEO DE MÁS DE UN VAPORIZADOR.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE EXCLUSIÓN REQUERIDO, QUE CUMPLAN CON LA MISMA FUNCIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE QUE SOLO SE PUEDE UTILIZAR UN VAPORIZADOR A LA VEZ, EVITANDO EL USO SIMULTÁNEO DE MÚLTIPLES VAPORIZADORES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD EN EL PROCESO DE ANESTESIA, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p>
3	<p>RENGLÓN 39 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0364</p> <p>PUNTO 8.1 TIPO MODULAR O PRECONFIGURADO DE LA MISMA MARCA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA Y QUE PERMITA SU MONTAJE AL GABINETE.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES DE MARCAS DIFERENTES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS MISMOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y FUNCIONALIDAD REQUERIDOS. YA QUE, CON ELLO, PODRÍA ABRIR LA CONVOCATORIA A UNA MAYOR COMPETENCIA AL NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL PODRÍA RESULTAR EN BENEFICIOS TANTO ECONÓMICOS COMO TECNOLÓGICOS PARA LA INSTITUCIÓN. AL AMPLIAR LAS OPCIONES DE MARCAS, SE FOMENTA UNA MAYOR DIVERSIDAD DE SOLUCIONES Y SE BRINDA LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA Y PERSONALIZADA QUE SE ADAPTE ESPECÍFICAMENTE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y A LOS REQUERIMIENTOS DEL CENTRO MÉDICO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES</p>
4	<p>RENGLÓN 44 ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADORES CLAVE: S/C</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS SEA INDICADA LA CANTIDAD DE ENTREPAÑOS QUE DEBERÁ TENER EL ANAQUEL, YA QUE NORMALMENTE SE FABRICA DE 6 ENTREPAÑOS</p>	<p>PARA EL RENGLÓN 44, SE ACLARA QUE LA CANTIDAD MÍNIMA DE ENTREPAÑOS ES DE 6</p>
5	<p>RENGLÓN 46 BANCO GIRATORIO ALTO CON RESPALDO CLAVE: 513.108.0052</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTEN PATAS DE TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE NO. 18 DE 1" DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
6	<p>RENGLÓN 46 BANCO GIRATORIO ALTO CON RESPALDO CLAVE: 513.108.0052</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ESPECIFIQUEN LAS DIMENSIONES GENERALES CORRECTAS, YA QUE LAS PROPORCIONADAS NO CORRESPONDEN A UN BANCO GIRATORIO CON RESPALDO</p>	<p>PARA EL RENGLÓN 46, SE ACLARA PARA EL PUNTO 9 QUE LAS DIMENSIONES APROXIMADAS SON: DIÁMETRO 35CM X ALTURA VARIABLE DE 87 A 98 CM</p>
7	<p>RENGLÓN 49 BOTE DE CAMPANA MEDIANO CLAVE: 519.132.0059</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PROPORCIONEN EL COLOR DE LA PINTURA</p>	<p>PARA EL RENGLÓN 49, SE ACLARA QUE DEBERÁ SER COLOR ARENA</p>
8	<p>RENGLÓN 56 CARRO PARA CURACIONES CLAVE: 513.191.0308</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE QUE NOS ESPECIFIQUEN LAS DIMENSIONES GENERALES CORRECTAS, YA QUE LAS PROPORCIONADAS NO CORRESPONDEN A UN CARRO PARA CURACIONES, NORMALMENTE SON DE 80X50X105CM</p>	<p>PARA EL RENGLÓN 56, SE ACLARA PARA EL PUNTO 9 QUE LAS DIMENSIONES APROXIMADAS SON: LARGO 80CM X ANCHO 50CM X ALTO 105 CM.</p>
9	<p>RENGLÓN 57 CARRO PARA ROPA SUCIA (TÁNICO) CLAVE: 513.191.0456</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTEN ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NÚMERO 18 DE 25.4MM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO, ESTO DEBIDO A QUE EL ACERO INOXIDABLE NO SE PUEDE CROMAR</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

10	RENGLÓN 58 CARRO PORTAEXPEDIENTES CLAVE: 513.191.0407 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PROPORCIONEN EL COLOR DE LA PINTURA	PARA EL RENGLÓN 58. SE ACLARA QUE DEBERÁ SER COLOR ARENA
11	RENGLÓN 58 CARRO PORTAEXPEDIENTES CLAVE: 513.191.0407 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CONSIDEREN COMO DIMENSIONES GENERALES 48X56X106CM (CONSIDERANDO BASE Y RODAJAS)	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA ADECUADO PARA 10 CARPETAS
12	RENGLÓN 61 CUNA BACINETE PARA RECIÉN NACIDO CON COLCHÓN CLAVE: 513.619.0404 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS SEA ESPECIFICADO EL TIPO DE ACERO QUE SE REQUIERE PARA LA ESTRUCTURA, EL CUAL PUEDE SER CROMADO, PINTADO O ACERO INOXIDABLE	PARA EL RENGLÓN 61, SE ACLARA QUE PARA EL PUNTO 3, LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER METÁLICA, RESISTENTE, SIN REBABAS Y DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.
13	RENGLÓN 63 ESTANTE GUARDA ESTÉRIL 90 CMS ACERO INOXIDABLE CLAVE: S/C SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS SEA ESPECIFICADO EL TIPO DE ACERO QUE SE REQUIERE PARA LA ESTRUCTURA, EL CUAL PUEDE SER CROMADO O ACERO INOXIDABLE	DE ACUERDO AL PUNTO 2 Y 3 DE LA FICHA TÉCNICA DEL RENGLÓN 63, ES ACERO INOXIDABLE.
14	RENGLÓN 64 INFANTÓMETRO DE ACRÍLICO CLAVE: S/C SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA GRADUACIÓN PUEDA SER CON SERIGRAFIA	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
15	RENGLÓN 66 MESA DE 120 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA CLAVE 513.621.1918 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PROPOSER TUBO CUADRADO DE $\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$ PARA DAR MAYOR SOPORTE A LAS REPISAS YA QUE EL TUBO DE $\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{8}''$ ES DE MENOR TAMAÑO Y POR ENDE, MENOR SOPORTE	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
16	RENGLÓN 67 MESA BAJA DE 120 CM DE ACERO INOXIDABLE CLAVE S/C SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE LA ALTURA CORRECTA, YA QUE LA ALTURA DE LAS MESAS BAJAS ES DE 75CM, Y EN EL CONTENIDO DE LA DESCRIPCIÓN SOLICITAN UNA ALTURA DE 90CM (LA CUAL CORRESPONDE A UNA MESA ALTA).	SE ACLARA QUE LAS MEDIDAS CORRECTAS SON LAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA.
17	RENGLÓN 68 MESA DE 180 CM PARA ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDOS CLAVE 513.621.1454 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS SEA INDICADA LA MEDIDA CORRECTA, YA QUE EN EL NOMBRE DEL PRODUCTO INDICAN DE 180CM Y EN LAS ESPECIFICACIONES MENCIONAN QUE ES DE 150CM, FAVOR DE ACLARAR EL LARGO CORRECTO SOLICITAMOS QUE EL INFANTÓMETRO QUE SE REQUIERE PARA ESTE PRODUCTO SEA DE ACRÍLICO GRADUADO CON SERIGRAFIA	SE ACLARA QUE LAS MEDIDAS CORRECTAS SON LAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA. EN CUANTO AL INFANTÓMETRO, APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
18	RENGLÓN 70 MESA TRASPORTADORA DE INSTRUMENTAL CLAVE 513.616.0977 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN LA RODAJA EL ACABADO SEA GALVANIZADO, YA QUE EL RECOBERTIMIENTO DE ZINC, SOSTIENE MAYOR DURABILIDAD A LA CORROSIÓN QUE EL CROMO	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS
19	RENGLÓN 73 CUBETA RODABLE CON PORTACUBETA CLAVE S/C SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN LA RODAJA EL ACABADO SEA GALVANIZADO, YA QUE EL RECOBERTIMIENTO DE ZINC, SOSTIENE MAYOR DURABILIDAD A LA CORROSIÓN QUE EL CROMO	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS
20	RENGLÓN 74 PORTALEBRILLOS DOBLE CLAVE 513.731.0339 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PROPORCIONEN LAS MEDIDAS GENERALES	PARA EL RENGLÓN 74, SE ACLARA QUE LAS DIMENSIONES APROXIMADAS SON: LARGO 65CM X ANCHO 30CM X ALTURA 85CM





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

21	RENGLÓN 75 PORTAMANDIL CLAVE 531.732.0015 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR PORTAMANDIL PARA EMPOTRAR EN PARED DE TUBO REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO EN ACERO INOXIDABLE, CON PORTA GUANTES DE BARRA REDONDA DE ¼" DE ACERO INOXIDABLE Y MEDIDAS GENERALES 50 X 7.5 X 30 CM	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
22	RENGLÓN 76 PORTAVENOCLISIS RODABLE CLAVE 513.907.0055 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUEN A QUE SE REFIEREN LAS MEDIDAS APROXIMADAS QUE SE ENCUENTRAN REFERENCIADAS EN LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE LAS MEDIDAS GENERALES YA HABÍAN SIDO PROPORCIONADAS	PARA EL RENGLÓN 76, SE ACLARA QUE SE OMITE EL PUNTO 8 DE LA FICHA TÉCNICA.
23	RENGLÓN 76 PORTAVENOCLISIS RODABLE CLAVE 513.907.0055 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN LA RODAJA EL ACABADO SEA GALVANIZADO, YA QUE EL RECUBRIMIENTO DE ZINC, SOSTIENE MAYOR DURABILIDAD A LA CORROSIÓN QUE EL CROMO	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS
24	RENGLÓN 81 VITRINA DE 90 CM CONTRAMURO CLAVE 515.957.0232 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PROPORCIONEN EL COLOR DE LA PINTURA	PARA EL RENGLÓN 81, SE ACLARA QUE LA PINTURA DEBERÁ SER COLOR ARENA
25	RENGLÓN 81 VITRINA DE 90 CM CONTRAMURO CLAVE 515.957.0232 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE ENTREPAÑOS	DE ACUERDO AL PUNTO 4 DEBERÁ SER DE UN ENTREPAÑO
26	RENGLÓN 85 ANAQUEL PARA CARGAS PESADAS CLAVE 511.026.0410 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE QUE NOS PROPORCIONEN EL COLOR DE LA PINTURA	PARA EL RENGLÓN 85, SE ACLARA QUE LA PINTURA DEBERÁ SER COLOR ARENA
27	RENGLÓN 85 ANAQUEL PARA CARGAS PESADAS CLAVE 511.026.0410 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUEN LA CANTIDAD DE ENTREPAÑOS, YA QUE NORMALMENTE SE FABRICA DE 5 ENTREPAÑOS	PARA EL RENGLÓN 85, SE ACLARA QUE LA CANTIDAD MÍNIMA DE ENTREPAÑOS ES DE 5
28	RENGLÓN 86 ARCHIVERO 4 GAVETAS CLAVE 511.076.0351 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PROPORCIONEN EL COLOR DE LA PINTURA	PARA EL RENGLÓN 86, SE ACLARA QUE LA PINTURA DEBERÁ SER COLOR ARENA
29	RENGLÓN 86 ARCHIVERO 4 GAVETAS CLAVE 511.076.0351 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTEN EL PORTAETIQUETAS DEL MISMO COLOR DEL ARCHIVERO, YA QUE ESTO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL COMPONENTE	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
30	RENGLÓN 97 GABINETE UNIVERSAL CLAVE 511.451.0158 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTEN TRES ENTREPAÑOS DE ALTURA FIJA	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
31	BASES DE PARTICIPACIÓN ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON EL PUNTO 7.2.6 SE TIENEN QUE PRESENTAR DOS MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS: UNO SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS O MODIFICACIONES Y EL OTRO DEBIDAMENTE REFERENCIADO.	SE DEBERÁN ENTREGAR MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS ILUSTRATIVOS EMITIDOS DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE, QUE RESPALDEN, DEBIDAMENTE REFERENCIADAS AL ANEXO 2, CON LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS; ESTOS SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS O MODIFICACIONES QUE ALTEREN LA INFORMACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE, TODO EN IDIOMA ESPAÑOL.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

32	RENGLÓN 27 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA CLAVE 531.616.5108 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA UNA TOLERANCIA DEL +-10% EN LAS MEDIDAS DEL EQUIPO	APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA																																										
33	RENGLÓN 8 CARDIOTOCOGRAFO CLAVE 531.292.0258 PUNTO 13.2 Y 14. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIA COMO "PÉRDIDA DE LA SEÑAL O MALA CONEXIÓN" DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO A BASES. DEBIDO A QUE EL PUNTO 13.2 SE REFIERE A LA PERDIDA DE LA SEÑAL O SEÑAL INSUFICIENTE, Y EL PUNTO 14 A LA GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL																																										
34	RENGLÓN 8 CARDIOTOCOGRAFO CLAVE 531.292.0258 PUNTO 9. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA LÍNEA BASAL PROMEDIO PRECONFIGURADA EN EL EQUIPO.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.																																										
35	RENGLÓN 8 CARDIOTOCOGRAFO CLAVE 531.292.0258 PUNTO 20. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO AUTOANÁLISIS DE CTG. EL CUAL ESTARÁ ACTUALIZANDO CADA 10 MINUTOS.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, DEBIDO A QUE EL PUNTO 20 SE REFIERE A UNA FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA O AUTOVERIFICACIÓN QUE EVALÚA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.																																										
36	RENGLÓN 8 CARDIOTOCOGRAFO CLAVE 531.292.0258 PUNTO 21. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA SOLVENTAR ESTE PUNTO SE NOS PERMITA OFERTAR UN REGULADOR DE VOLTAJE QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ASÍ MISMO SE ACLARA QUE EL PUNTO 21, DEL RENGLÓN 8, ES OPCIONAL																																										
37	PUNTO 4.1 (PÁG. 13) <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>CLAVE</th> <th>CONCEPTO</th> <th>HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE FEDRO CORONEL PÉREZ (LAS CHAPAS)</th> <th>HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA</th> <th>HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO</th> <th>HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>531.385.1056</td> <td>ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>531.562.1010</td> <td>LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>531.562.0707</td> <td>LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>531.572.0465</td> <td>LAVADOR DESINFECTOR DE COMIDOS DE VAPOR AUTOGENERADO</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>531.291.0028</td> <td>UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MÓDULO INTEGRADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> EN LA PARTIDA 23 LA CLAVE QUE SE MANEJA ES: 531.562.0707. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE DOBLE LED, SIN EMBARGO, EN EL LISTADO DEL ANEXO TÉCNICO (PÁGINA 33) SE MANEJA COMO: 531.562.1465. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR LA CLAVE CORRECTA DEL RENGLÓN 23.	NO.	CLAVE	CONCEPTO	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE FEDRO CORONEL PÉREZ (LAS CHAPAS)	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	12	531.385.1056	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	2	1	2	2	21	531.562.1010	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	0	0	0	1	23	531.562.0707	LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED	0	1	1	1	24	531.572.0465	LAVADOR DESINFECTOR DE COMIDOS DE VAPOR AUTOGENERADO	1	2	1	1	103	531.291.0028	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MÓDULO INTEGRADO	0	0	0	1	LA CLAVE CORRECTA DE LA PARTIDA 23 ES 531.562.0707
NO.	CLAVE	CONCEPTO	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE FEDRO CORONEL PÉREZ (LAS CHAPAS)	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL																																						
12	531.385.1056	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	2	1	2	2																																						
21	531.562.1010	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	0	0	0	1																																						
23	531.562.0707	LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED	0	1	1	1																																						
24	531.572.0465	LAVADOR DESINFECTOR DE COMIDOS DE VAPOR AUTOGENERADO	1	2	1	1																																						
103	531.291.0028	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MÓDULO INTEGRADO	0	0	0	1																																						
38	DADO QUE HAY DIFERENCIAS EN LA CLAVE EL ANEXO TÉCNICO Y FICHAS TÉCNICAS DE LOS SIGUIENTES RENGLONES, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR LA CLAVE CORRECTA: <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>CLAVE: ANEXO TÉCNICO/ FICHAS TÉCNICAS</th> <th>CONCEPTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39</td> <td>531.053.0364 / 531.053.0372</td> <td>UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>513.123.0244 / 513.352.0205</td> <td>BANQUETA DE ALTURA DOS ESCALONES</td> </tr> <tr> <td>78</td> <td>513.810.0051 / S/C</td> <td>SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES</td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>519.104.0053 / S/C</td> <td>BANCA TANDEM 3 LUGARES</td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>519.104.0103 / S/C</td> <td>BANCA TANDEM 4 LUGARES</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	CLAVE: ANEXO TÉCNICO/ FICHAS TÉCNICAS	CONCEPTO	39	531.053.0364 / 531.053.0372	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	48	513.123.0244 / 513.352.0205	BANQUETA DE ALTURA DOS ESCALONES	78	513.810.0051 / S/C	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES	87	519.104.0053 / S/C	BANCA TANDEM 3 LUGARES	88	519.104.0103 / S/C	BANCA TANDEM 4 LUGARES	LA CLAVE CORRECTA PARA LAS PARTIDAS 39, 48, 78, 87, 87 Y 88, ES LA CLAVE QUE APARECE EN FICHAS TÉCNICAS.																								
NO.	CLAVE: ANEXO TÉCNICO/ FICHAS TÉCNICAS	CONCEPTO																																										
39	531.053.0364 / 531.053.0372	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA																																										
48	513.123.0244 / 513.352.0205	BANQUETA DE ALTURA DOS ESCALONES																																										
78	513.810.0051 / S/C	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES																																										
87	519.104.0053 / S/C	BANCA TANDEM 3 LUGARES																																										
88	519.104.0103 / S/C	BANCA TANDEM 4 LUGARES																																										





2023 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

39	PUNTO 1.7 VISITAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE PARA LOS CASOS DONDE SE ENCUENTRAN EQUIPOS INSTALADOS, SI EL PROVEEDOR LICITANTE TENDRÁ QUE RETIRAR LOS EQUIPOS Y DONDE SERÁ LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS.	LAS UNIDADES MÉDICAS SERÁN LAS ENCARGADAS DEL RETIRO DE LOS EQUIPO Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS.
40	RENGLÓN 21 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE LED RENGLÓN 23 LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA OBSTETRICA DE LED DERIVADO DE LA VISITA A SITIO DE LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO, HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL, ENCONTRAMOS QUE HAY EQUIPOS INSTALADOS EN LAS SALAS, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE SE ENCARGARÁ DE RETIRARLOS EQUIPOS PARA QUE EL LICITANTE PROCEDA CON LA INSTALACIÓN DEL BIEN OFERTADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SI SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
41	RENGLÓN 21 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE LED RENGLÓN 23 LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA OBSTETRICA DE LED EN CASO DE QUE EL LICITANTE DEBA DESINSTALAR EL EQUIPO EN SITIO PARA COLOCAR EL BIEN OFERTADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, ¿CUAL VA A SER EL DESTINO FINAL DE LOS EQUIPOS DESINSTALADOS?	LAS UNIDADES MÉDICAS SERÁN LAS ENCARGADAS DEL RETIRO DE LOS EQUIPO Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS.

15.- PROVEEDOR: IT SOLUTIONS SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA Y REDES S.A.P.I. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	NUMERAL 7.2.6 DE LAS BASES. PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA COPIA SIMPLE DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEBERÁ SER A NOMBRE DEL LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	BASES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO ISO 9001:2015 VIGENTE, QUE AVALE LA CALIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPO PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS RELACIONADAS CON EL ÁREA MÉDICA, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DE 1 AÑO O MENOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDEN A LOS BIENES OFERTADOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.2.12
3	BASES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO ISO 13485 VIGENTE, A NOMBRE DEL LICITANTE O EN SU DEFECTO, LA CONSTANCIA DE QUE ACREDITE EL TRÁMITE DE ESTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDEN A LOS BIENES OFERTADOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.2.12
4	BASES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO ISO 37001 VIGENTE, A NOMBRE DEL LICITANTE O EN SU DEFECTO, LA CONSTANCIA DE QUE ACREDITE EL TRÁMITE DE ESTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDEN A LOS BIENES OFERTADOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.2.12
5	BASES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO REPSE "REGISTRO DE PRESTADORAS DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS" VIGENTE, A NOMBRE DEL LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ PRESENTARLO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

6	BASES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME SI SE DEBERÁ COMPROBAR LA CONSTANCIA DE "EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE" VIGENTE, A NOMBRE DEL LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ PRESENTARLO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
7	NUMERAL 7.2.6 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS QUE ESTÉN REFERENCIADAS CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITADA, ESTO CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE IDENTIFIQUE A QUE FABRICANTE PERTENECE, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
8	NUMERAL 7.2.12 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHO PUNTO SE SUSTENTARA ÚNICAMENTE CON CARTA BAJO PROTESTA DE VERDAD EN LA QUE SE MANIFIESTE QUE SE CUENTA CON LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTE (ISO 9001-2000, ISO 13485, FDA, NOM-010-SCFI-1994), SEGÚN APLIQUE AL BIEN OFERTADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁN ENTREGAR APARTE DE LA CARTA, LOS DOCUMENTOS QUE LA RESPALDAN: CERTIFICADOS DE CALIDAD, REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, TODOS ELLOS, DE ACUERDO A LAS PARTIDAS QUE OFERTE.
9	NUMERAL 7.2.12 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR Y/O FILIAL EN MÉXICO EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL TRÁMITE DE RENOVACIÓN SE REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
10	ANEXO 2 PROPUESTA TÉCNICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE COLOCAR LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS EN LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	FICHA TÉCNICA PARTIDA 33 – RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO NUMERAL 2.2 CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 200KHU O MAYOR PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 100 KHU. EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTO NO DISMINUYE LA CALIDAD EN LA TOMA DE LA IMAGEN DIAGNÓSTICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
2	FICHA TÉCNICA PARTIDA 33 – RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO NUMERAL 2.4 ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +120 Y -120 O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ROTACIÓN DEL SOPORTE DE TUBO DE +/-90° TIENENDO EN CUENTA QUE ES MÁS QUE SUFFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR Y LLEVAR A CABO TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR ESTUDIOS RADIOLÓGICOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
3	FICHA TÉCNICA PARTIDA 33 – RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO NUMERAL 7 – PESO 450 KG O MENOR CON BATERÍAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CUYO PESO SEA DE HASTA 550 KG, YA QUE ESTO NO DEMERITA LA CALIDAD EN LOS ESTUDIOS A REALIZAR, Y EL PESO ES IRRELEVANTE PARA LA TOMA DE IMÁGENES Y LA CALIDAD DIAGNÓSTICA DE LAS MISMAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, SE ACLARA QUE PARA ESTE PUNTO DE PODRÁ OFERTAR UN MÁXIMO DE +/- 5% DEL PESO SOLICITADO.
4	FICHA TÉCNICA PARTIDA 33 – RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO NUMERAL 8 – INCLUYA BATERÍA INTERNA. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA BATERÍA REQUERIDA ES PARA LA TOMA DEL ESTUDIO, FAVOR DE ACLARAR.	EL PUNTO 8 DE LA PARTIDA 33, SE REFIERE A QUE SE REQUIERE DE UNA BATERÍA INTERNA QUE SEA CAPAZ DE PROPORCIONAR UNA INDEPENDENCIA Y RESPALDO DE FUNCIONAMIENTO SUFFICIENTE PARA HACER UN CIERRE O



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		APAGO SEGURO DEL SISTEMA Y EVITAR DANAR EL SOFTWARE DEL EQUIPO
5	<p>FICHA TÉCNICA PARTIDA 33 – RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO NUMERAL 10 – CON PANTALLA LCD A COLOR INTEGRADA AL EQUIPO PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN OBTENIDA.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CUYA PANTALLA SE PUEDA INTEGRAR Y SER REMOVIDA PARA EL FÁCIL MANEJO DEL EQUIPO YA QUE ESTO PERMITE VENTAJAS EN LA TOMA DE ESTUDIOS.</p> <p>¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

16.-PROVEEDOR: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN SALUD S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

N	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	<p>NUMERAL 7.2.30: EN EL APARTADO DE NOTA IMPORTANTE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007.</p> <p>SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN EL PROGRAMA WORD DE OFFICE ¿SE ACEPTE?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

N	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	<p>ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN FICHA NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL PRODUCTO O INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p>
2	<p>RENGLÓN 4 BASCULA ELECTRÓNICA NEONATAL PUNTO 6 SENSIBILIDAD DE 5 GRAMOS O MAYOR (DOS GRAMOS)</p> <p>DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITAN OFERTAR SENSIBILIDAD DE 10 GRAMOS ¿SE ACEPTE?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
3	<p>RENGLÓN 20. LAMPARA DE FOTOTERAPIA DE PEDESTAL DE LEDS</p> <p>PUNTO: 12.2 CINCO PROTECTORES PARA GENITALES</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL SIN SER CAUSAL DE DESECHAMIENTO YA QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA NO IMPLICA NINGÚN RIESGO A LOS GENITALES DE LOS NEONATALES Y POR ENDE NO REQUIERE PROTECTORES GENITALES.</p> <p>¿SE ACEPTE?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
4	<p>RENGLÓN 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO</p> <p>PUNTO 7.1. AL MENOS 11 CURVAS SIMULTÁNEAS AL SOLICITAR EN EL PUNTO 7.1 "AL MENOS 11 CURVAS SIMULTÁNEAS" Y CONSIDERANDO LOS PARÁMETROS SOLICITADOS EN LA CÉDULA, SE ENTIENDE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 7.1. SE DEBERÁ OFERTAR DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 12 DERIVACIONES, CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST. ¿ES CORRECTO?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

N	PREGUNTAS	REPUESTAS
5	<p>RENGLÓN 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO</p> <p>PUNTO 7.4 RESPIRACIÓN</p> <p>PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y AL SOLICITAR CURVA DE RESPIRACIÓN, ENTENDEMOS QUE ESTÁ DEBERÁ OBTENERSE POR MEDICIÓN DE VARIACIÓN DE IMPEDANCIA NEUMOTORAXICA A PARTIR DEL CABLE ECG. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, YA QUE LA MEDICIÓN DEPENDERÁ DE CADA TECNOLOGÍA OFERTADA.
6	<p>RENGLÓN 28. MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO</p> <p>PUNTO 15 IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA DE AL MENOS 3 CANALES</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO IMPRESORA TÉRMICA O REGISTRADOR TÉRMICO INTERCONSTRUIDO DE AL MENOS TRES CANALES, LOS CUALES CUMPLEN LA FUNCIÓN DE IMPRESIÓN REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, PODRÁ REFERENCIA Y OFERTAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA IGUALDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA OFERTADA.
7	<p>RENGLÓN 28. MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO</p> <p>PUNTO 21.4 UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS EN EL MERCADO ACTUAL EXISTEN DIFERENTES NOMENCLATURAS DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO "CABLE DE PACIENTE CON CABLE TRONCAL PARA ECG DE AL MENOS 5 PUNTAS", CON EL CUAL SE OBTIENEN EL NÚMERO DE DERIVACIONES SOLICITADAS SIN CAER EN INCUMPLIMIENTO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, PODRÁ REFERENCIA Y OFERTAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA IGUALDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA OFERTADA
8	<p>RENGLÓN 28, MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO</p> <p>PUNTO: 22.4 UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS TRES PUNTAS EN EL MERCADO ACTUAL EXISTEN DIFERENTES NOMENCLATURAS DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO "CABLE DE PACIENTE CON CABLE TRONCAL PARA ECG DE AL MENOS 3 PUNTAS", CON EL CUAL SE OBTIENEN EL NÚMERO DE DERIVACIONES SOLICITADAS SIN CAER EN INCUMPLIMIENTO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, PODRÁ REFERENCIA Y OFERTAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA IGUALDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA OFERTADA
9	<p>RENGLÓN 29, MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO 7.2 ECG, QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 4 CURVAS A ELEGIR ENTRE 7 DERIVACIONES O MÁS CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST</p> <p>AL SOLICITAR EN EL PUNTO 7.1 "AL MENOS 11 CURVAS SIMULTÁNEAS" Y CONSIDERANDO LOS PARÁMETROS SOLICITADOS EN LA CÉDULA, SE ENTIENDE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 7.1, SE DEBERÁ OFERTAR DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 12 DERIVACIONES, CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST. ¿ES CORRECTO?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
10	<p>RENGLÓN 29, MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO 7.4 RESPIRACIÓN</p> <p>PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y AL SOLICITAR CURVA DE RESPIRACIÓN, ENTENDEMOS QUE ESTÁ DEBERÁ OBTENERSE POR MEDICIÓN DE VARIACIÓN DE IMPEDANCIA NEUMOTORAXICA A PARTIR DEL CABLE ECG. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, YA QUE LA MEDICIÓN DEPENDERÁ DE CADA TECNOLOGÍA OFERTADA.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

N	PREGUNTAS	REPUESTAS
11	RENGLÓN 29, MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO: 18 IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA DE AL MENOS 3 CANALES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO IMPRESORA TÉRMICA O REGISTRADOR TÉRMICO INTERCONSTRUIDO DE AL MENOS TRES CANALES, LOS CUALES CUMPLEN LA FUNCIÓN DE IMPRESIÓN REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, PODRÁ REFERENCIA Y OFERTAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA IGUALDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA OFERTADA
12	RENGLÓN 29, MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO: 22.4 UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS EN EL MERCADO ACTUAL EXISTEN DIFERENTES NOMENCLATURAS DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO 'CABLE DE PACIENTE CON CABLE TRONCAL PARA ECG DE AL MENOS 5 PUNTAS', CON EL CUAL SE OBTIENEN EL NÚMERO DE DERIVACIONES SOLICITADAS SIN CAER EN INCUMPLIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, PODRÁ REFERENCIA Y OFERTAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA IGUALDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA OFERTADA
13	RENGLÓN 29, MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO: 23.4 UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS TRES PUNTAS EN EL MERCADO ACTUAL EXISTEN DIFERENTES NOMENCLATURAS DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO 'CABLE DE PACIENTE CON CABLE TRONCAL PARA ECG DE AL MENOS 3 PUNTAS', CON EL CUAL SE OBTIENEN EL NÚMERO DE DERIVACIONES SOLICITADAS SIN CAER EN INCUMPLIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, PODRÁ REFERENCIA Y OFERTAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA IGUALDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA OFERTADA
14	RENGLÓN 30 NEGATOSCOPIO DE LED [UN CAMPO] 1. ESTRUCTURA: 1.1. DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN QUIRÓFANOS. 1.2. DE ACERO AL CARBÓN [LÁMINA NEGRA] CAL. 22 O MAYOR. 1.3. DE ALUMINIO ES CORRECTO ENTENDER QUE SE SELECCIONARA UN TIPO DE MATERIAL CORRESPONDIENTE EN LOS PUNTOS 1.1, 1.2, 1.3. FAVOR DE CLARAR	SE ACLARA QUE SE REQUIERE ESTRUCTURA DE ALUMINIO.
15	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SE ENTIENDE QUE COMO SISTEMA DE SEGURIDAD LA MÁQUINA DE ANESTESIA DEBERÁ SER CAPAZ DE SEGUIR VENTILANDO AUN EN CONDICIONES DE AUSENCIA TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA [INCLUYENDO BATERÍAS] ¿ES CORRECTO?	NO SE PUEDE CONTESTAR SU PREGUNTA, ESTO DEBIDO A QUE NO ES ESPECÍFICO A QUE PUNTO SE REFIERE DE ESTA PARTIDA.
16	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO: 1.3 CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS MÍNIMO CUATRO SE ENTIENDE QUE LOS 4 CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS DEBERÁN TENER UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS Y PICOS DE VOLTAJE. ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
17	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO: 4.13 VENTILADOR DE LA MISMA... SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A "VENTILADOR DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA" YA QUE	SE ACLARA QUE PARA LA PARTIDA 39, EL PUNTO 4.13 SE REFIERE A: VENTILADOR DE LA MISMA MARCA QUE EL SISTEMA DE ANESTESIA, INTERCONSTRUIDO O COLOCADO EN MONTAJE INTERCONSTRUIDO AL GABINETE




2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

N	PREGUNTAS	REPUESTAS
	ESTE PUNTO SE ENCUENTRA CORTADO. ¿ES CORRECTO NUESTRA APRECIACIÓN?	
18	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CON EL FIN DE OFRECER UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DESDE CUALQUIER POSICIÓN. SE SUGIERE A LA CONVOCANTE QUE LA PANTALLA DEL VENTILADOR PERMITA GIRO DE 360° ESTO PARA ASEGURAR UN ÓPTIMO MANEJO DEL EQUIPO DESDE CUALQUIER ÁNGULO PARA LOS ANESTESIOLOGOS. ¿SE ACEPTA?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
19	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO: 9.1 ECG. DESPLIEGUE DE TRES DERIVACIONES SIMULTÁNEAS Y MONITOREO DE 7 DERIVACIONES AL SOLICITAR UN EQUIPO DE NIVEL INTERMEDIO Y DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS SOLICITADOS, RESULTA DE IMPORTANCIA LA MONITORIZACIÓN COMPLETA DE LAS SEÑALES ELECTROCARDIOGRÁFICAS DEL PACIENTE, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE PARA UN MEJOR MONITOREO SE DEBERÁ TENER DESPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES SIMULTÁNEAS EN PANTALLA. ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
20	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 9.8 RESPIRACIÓN POR IMPEDANCIA CON DESPLIEGUE NÚMÉRICO Y CURVA SE ENTIENDE QUE, AL SOLICITAR RESPIRACIÓN POR IMPEDANCIA, ESTA DEBERÁ OBTENERSE POR MEDIO DE IMPEDANCIA NEUMOTORAXICA A PARTIR DEL CABLE DE ECG. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, YA QUE LA MEDICIÓN DEPENDERÁ DE CADA TECNOLOGÍA OFERTADA
21	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA 9.11.1. AL MENOS DOS CANALES CON CAPACIDAD DE AGREGAR UN TERCER CANAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO CAER EN INCUMPLIMIENTO, NOS ACLARE EL NÚMERO DE CANALES SOLICITADOS PARA PRESIÓN INVASIVA.	SE ACLARA QUE SE SOLICITAN AL MENOS DOS CANALES
22	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO: 11.1 DOS TUBOS CORRUGADOS 32" DESECHABLES Y DOS REUSABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y EVITAR INFECCIONES NOSOCOMIALES DERIVADAS DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ACCESORIOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO 5 TUBOS DESECHABLES POR CADA TUBO REUSABLE SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
23	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO: 11.2 DOS PIEZAS EN "Y" DESECHABLES Y DOS REUSABLES DERIVADO DE LA SITUACIÓN SANITARIA VIVIDA Y CON EL FIN DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA EN LOS ACCESORIOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 5 PIEZAS EN "Y" DESECHABLES POR CADA ACCESORIO REUSABLE SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
24	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO: 11.3 DOS CODOS DESECHABLES Y DOS REUSABLES DERIVADO DE LA SITUACIÓN SANITARIA VIVIDA Y CON EL FIN DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA EN LOS ACCESORIOS, SOLICITAMOS	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

N	PREGUNTAS	REPUESTAS
	AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 5 CODOS DESECHABLES POR CADA ACCESORIO REUSABLE SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	
25	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO: 11.4 MASCARILLA REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE AL MENOS DOS DE CADA UNA CON EL FIN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES DERIVADAS DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ACCESORIOS Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO 5 MASCARILLAS DESECHABLES POR CADA TAMAÑO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
26	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO: 11.5 BOLSA DE UN LITRO, DOS LITROS Y TRES LITROS REUSABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE DOS DE CADA UNA. DERIVADO DE LA SITUACIÓN SANITARIA VIVIDA Y CON EL FIN DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA EN LOS ACCESORIOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 5 BOLSAS DESECHABLES POR CADA TAMAÑO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
27	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO: 11.6 CIRCUITO DE REINHALACIÓN PARCIAL BAIN O SEMICERRADO, REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DERIVADO DE LA SITUACIÓN SANITARIA VIVIDA Y CON EL FIN DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA EN LOS ACCESORIOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 5 CIRCUITOS DESECHABLES DE REINHALACIÓN PARCIAL BAIN O SEMICERRADO, POR CADA CIRCUITO REUSABLE SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
28	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO: 11.9 UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE DE ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS EN EL MERCADO ACTUAL EXISTEN DIFERENTES NOMENCLATURAS DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO "CABLE DE PACIENTE CON CABLE TRONCAL PARA ECG DE AL MENOS 5 PUNTAS", CON EL CUAL SE OBTIENEN EL NÚMERO DE DERIVACIONES SOLICITADAS SIN CAER EN INCUMPLIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, PODRÁ REFERENCIA Y OFERTAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA IGUALDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA OFERTADA
29	RENGLÓN 41 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 4 MODOS VENTILATORIOS DEBIDO A LA INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS EN NUESTRO PAÍS Y LOS TRATAMIENTOS DE OXIGENOTERAPIA UTILIZADOS PARA ESTAS ENFERMEDADES, ES NECESARIO CONTAR CON EL MODO VENTILATORIO NO INVASIVO DE TERAPIA DE ALTO FLUJO (HFNC) PARA TODO TIPO DE PACIENTE, SE ENTIENDE QUE ESTE MODO DEBERÁ INCLUIRSE EN LA PROPUESTA PRESENTADA PARA ASEGURAR ADQUIRIR EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE BENEFICEN	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

N	PREGUNTAS	REPUESTAS
	AMPLIAMENTE A LOS PACIENTES QUE LO REQUIERAN. ¿ES CORRECTO?	
30	RENGLÓN 41 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO: 5 PARAMETROS MONITORIZADOS DERIVADO DE LA SITUACIÓN SANITARIA VIVIDA RESULTA DE SUMA IMPORTANCIA EL MONITOREO HEMODINÁMICO EN PACIENTES QUE NECESITAN APOYO RESPIRATORIO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS CUENTEN CON MEDICIÓN DE SPO2 Y CO2 INTERCONSTRUIDO, ASÍ COMO DESPLIEGUE NUMÉRICO Y GRAFICO DEL PARÁMETRO ADEMÁS DE INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LOS TIPOS DE PACIENTE REQUERIDOS. ¿SE ACEPTA?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
31	RENGLÓN 41 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO: 7.5 REGULACIÓN DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES SE ENTIENDE QUE AL SOLICITAR REGULADORES INTEGRADOS ESTOS DEBERÁN SER INTERNOS Y NO UN ACCESORIO O EQUIPO PERIFÉRICO ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
32	RENGLÓN 41 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO: 8.3 TRES MASCARILLAS REUSABLES LIBRE DE LÁTEX DE TAMAÑO GRANDE, MEDIANO Y CHICO, UNO DE CADA TAMAÑO CON ARNÉS O SUJETADORES DERIVADO DE LA SITUACIÓN SANITARIA VIVIDA Y CON EL FIN DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA EN LOS ACCESORIOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 5 MASCARILLAS LIBRES DE LÁTEX CON ARNÉS O SUJETADOR POR CADA TAMAÑO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
33	RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO PUNTO: 4 MODOS VENTILATORIOS ACTUALMENTE EN LOS TRATAMIENTOS DE OXINOTERAPIA UTILIZADOS PARA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, ES NECESARIO CONTAR CON MODO VENTILATORIO NO INVASIVO DE TERAPIA DE ALTO FLUJO (HFNC), Y DEBIDO A QUE CONTAR CON ESTE MODO PERMITIRÁ TRATAR UN ESPECTRO MÁS AMPLIO DE PACIENTES PARA SU TRASLADO, SE ENTIENDE QUE ESTE MODO DEBERÁ INCLUIRSE EN LA PROPUESTA PRESENTADA PARA ASEGURAR ADQUIRIR EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE BENEFICIEN AMPLIAMENTE A LOS PACIENTES QUE LO REQUIERAN. ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
34	RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO PUNTO: 5 PARÁMETROS MONITORIZADOS DEBIDO A QUE SE SOLICITAN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS CUENTEN CON MEDICIÓN DE SPO2 INTERCONSTRUIDO, ASÍ COMO DESPLIEGUE NUMÉRICO Y GRAFICO DEL PARÁMETRO ADEMÁS DE INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LOS TIPOS DE PACIENTE REQUERIDOS. ¿SE ACEPTA?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

N	PREGUNTAS	REPUESTAS
35	<p>RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO: 7.4 TANQUE DE OXÍGENO Y CONEXIÓN DE ALTA PRESIÓN CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL SIN SER CAUSAL DE DESECHAMIENTO YA QUE PARA PODER TRANSPORTAR OXÍGENO SE NECESITA CONTAR CON UN PERMISO EL PERMISO (HOJA DE EMERGENCIA EN TRANSPORTACIÓN) COMO LO SEÑALA LA NOM-005-STC/2008. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, ASÍ MISMO SE ACLARA QUE SE SOLITA EL TANQUE CON CARGA COMPLETA DE OXÍGENO.</p>
36	<p>RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO: 7.4 TANQUE DE OXÍGENO Y CONEXIÓN DE ALTA PRESIÓN SE ENTIENDE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y AL SOLICITAR TANQUE DE OXÍGENO SE DEBERÁ ADJUNTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA EL PERMISO (HOJA DE EMERGENCIA EN TRANSPORTACIÓN) LA CUAL SE SEÑALA COMO OBLIGATORIA DE ACUERDO CON LA NOM-005-STC/2008 PARA LA TRASPORTACIÓN DE TANQUES DE OXÍGENO. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PUNTO 7.4 HABLA DE QUE PARA EL RENGLÓN 42, SE REQUIERE DE UN TANQUE DE OXÍGENO Y CONEXIÓN DE ALTA PRESIÓN, YA QUE LOS PERMISOS DE TRANSPORTE NO SE CONSIDERAN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y CON CONCORDANCIA CON EL PUNTO 7.2.18 DE LAS BASES</p>
37	<p>RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO: 8.1 CINCO CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). CON EL FIN DE EVITAR INFECCIONES NOSOCOMIALES DERIVADAS DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA DEBIDO A LA DESINFECCIÓN INADECUADA DE LOS ACCESORIOS COMPARTIDOS EN LOS PACIENTES Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR 5 CIRCUITOS DESECHABLES (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) PARA PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO POR CADA CIRCUITO REUSABLE SOLICITADO ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
38	<p>RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO: 8.6 CINCO CELDAS O SENSORES DE OXÍGENO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DERIVADO A QUE NUESTRA TECNOLOGÍA POR OFERTAR NO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR/CELDA DE OXÍGENO, DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "NO APLICA", YA QUE ESTO NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO O INTERVIENE EN LA MEDICIÓN DE OXÍGENO REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
39	<p>RENGLÓN 65 JABONERA DE PEDAL PUNTO 10 DIMENSIONES GENERALES: 51 X 41 X 120 CMS DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA JABONERA DE PEDAL DE 41 X 32 X 120 CM YA QUE ESTO NO DEMERITA SU FUNCIONALIDAD ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIEMPRE Y CUANDO CONSERVE SU ESTABILIDAD CUANDO SE ENCUENTRE EN FUNCIÓN</p>





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

17.-PROVEEDOR: GRUPO MOBS S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	NUMERAL 7.2.30: EN EL APARTADO DE NOTA IMPORTANTE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007. SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN EL PROGRAMA WORD DE OFFICE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
2	NUMERAL 7.2.12: ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS FOTOCOPIAS DE CERTIFICADOS/REGISTROS MENCIONADAS EN ESTE PUNTO SE ACREDITAN CON ANEXARLAS EN EL PUNTO 7.2.6 "ANEXO 2" DE LA PROPUESTA TÉCNICA CONFORME A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, SIN DETRIMENTO DE PRESENTAR LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE CUMPLIMENTO QUE ESTABLECE ESTE NUMERAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	NUMERAL 7.2.15: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DE LA DECLARACIÓN MENSUAL, ES EL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN


B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTA
1	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN FICHA NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL PRODUCTO O INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA LA EQUIVALENCIA Y/O MEJORA TECNOLÓGICA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
2	RENGLON 2 ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCIÓN CONTINUA SOLICITAN EN EL PUNTO 5 MANO VACUÓMETRO CON ESCALA EN MMHG EN NUESTRA TECNOLOGÍA EL VACÍO ES MEDIDO EN CMHG CON LA INTENCIÓN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA.
3	RENGLON 2 ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCIÓN CONTINUA SOLICITAN EN EL PUNTO 11 GABINETE O ASA O MANIJA DE TRANSPORTE O BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS. CON LA FINALIDAD DE QUE TODOS LOS OFERENTES COTICEN EN LAS MISMAS CONDICIONES SUGERIMOS QUE SE OFERTE Y REFERENCIA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES EL CARRO O BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	RENGLON 2 ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCIÓN CONTINUA SOLICITAN EN EL PUNTO 12 CAPACIDAD TOTAL DE RECOLECCIÓN DE 1 LITRO Y EN EL PUNTO 13.1 DOS FRASCOS DE VIDRIO O PLÁSTICO REUSABLES. ENTENDEMOS QUE SE PODRÁN OFERTAR DOS FRASCOS DE 500 ML O UN SOLO FRASCO DE 1 LITRO SEGÚN LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5	RENGLÓN 14 ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON LED PUNTO 4.2. RECARGABLE A LA CORRIENTE (AC) CON BASE CARGADOR DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESTA HONORABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CARGADOR DE BATERÍAS RECARGABLES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE NUESTRO FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL CARGADOR SEA DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO.



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTA
6	RENGLÓN 15 FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES PUNTO 14 CARGADOR DE BATERÍAS INTERCONSTRUIDO DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN CARGADOR DE BATERÍAS RECARGABLES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE NUESTRO FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.
7	RENGLÓN 18 INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES SOLICITAN EN EL PUNTO 3.3 CON PRECALENTAMIENTO MÍNIMO DE 5 MINUTOS AL 100%. ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE SER PRECALENTADOS AL 100% EN 5 MINUTOS O MAS SEGÚN LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE ACLARA QUE SE REQUIERE UN PRECALENTAMIENTO MÍNIMO DE 5 MINUTOS AL 100%.
8	RENGLÓN 18 INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES SOLICITAN EN EL PUNTO 16. BATERÍAS RECARGABLES. DEBEMOS DE ENTENDER QUE ES CORRECTO QUE SE REFIEREN AL PACK DE BATERÍAS INTERNAS PARA EL MÓDULO DE CONTROL. ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTO
9	RENGLÓN 21 LAMPARA QUIRÚRGICA DOBLE PUNTO 4.6. ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 500 W/M ² O MENOR POR CADA LAMPARA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 530 W/M ² ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE PARA EL PUNTO 4.6 DEL RENGLÓN 21, SE PERMITIRÁ UNA TOLERANCIA DE ±5%
10	RENGLÓN 22 LAMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE LED PUNTO 4.6. ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 500 W/M ² O MENOR DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 530 W/M ² ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE PARA EL PUNTO 4.6 DEL RENGLÓN 22, SE PERMITIRÁ UNA TOLERANCIA DE ±5%
11	RENGLÓN 23 LAMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED PUNTO 4.6. ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 500 W/M ² O MENOR DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 530 W/M ² ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE PARA EL PUNTO 4.6 DEL RENGLÓN 23, SE PERMITIRÁ UNA TOLERANCIA DE ±5%
12	RENGLÓN 28 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PUNTO 7.1. AL MENOS 11 CURVAS SIMULTÁNEAS LA SOLICITUD DE PARÁMETROS DE MEDICIÓN QUE REQUIEREN DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS SIMULTÁNEAS SON ECG (7 DERIVACIONES), RESPIRACIÓN, PLETISMOGRAFIA, UN TOTAL DE 9 CURVAS. AL OFERTAR UN EQUIPO QUE PUEDA REALIZAR EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 10 CURVAS CUBRIMOS EL REQUERIMIENTO DE DESPLIEGUE DE LA TOTALIDAD DE LAS ONDAS FISIOLÓGICAS MEDIDAS POR EL MONITOR DE SIGNOS VITALES. ADEMÁS DEL DESPLIEGUE DE TODOS LOS VALORES NUMÉRICOS DE LOS PARÁMETROS QUE NO DESPLIEGAN CURVAS, COMO TEMPERATURA Y PRESIÓN NO INVASIVA. POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR QUE PUEDA DESPLEGAR DE MANERA SIMULTÁNEA 10 FORMAS DE ONDA EN PANTALLA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
13	RENGLÓN 29 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO 7.1. AL MENOS 11 CURVAS SIMULTÁNEAS LA SOLICITUD DE PARÁMETROS DE MEDICIÓN QUE REQUIEREN DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS SIMULTÁNEAS SON ECG (7 DERIVACIONES), RESPIRACIÓN, PLETISMOGRAFIA, UN TOTAL DE 9 CURVAS. AL OFERTAR UN EQUIPO QUE PUEDA REALIZAR EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 10 CURVAS CUBRIMOS EL REQUERIMIENTO DE DESPLIEGUE DE LA TOTALIDAD DE LAS ONDAS FISIOLÓGICAS MEDIDAS POR EL MONITOR DE SIGNOS VITALES. ADEMÁS DEL DESPLIEGUE DE TODOS LOS VALORES NUMÉRICOS DE LOS PARÁMETROS QUE NO DESPLIEGAN CURVAS, COMO TEMPERATURA Y PRESIÓN NO INVASIVA. POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR QUE PUEDA DESPLEGAR DE MANERA SIMULTÁNEA 10 FORMAS DE ONDA EN PANTALLA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
14	RENGLÓN 39. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.4 YUGO PARA CILINDRO O ₂ Y N ₂ O DE ACUERDO CON LA BIBLIOGRAFÍA, EL N ₂ O SE COMENZÓ A UTILIZAR DESDE INICIOS DEL SIGLO PASADO, Y EN LA ACTUALIDAD SE DESCRIBEN EFECTOS ADVERSOS DE SU USO COMO LO SON RIESGO HIPÓXICO, AUMENTO DE PRESIÓN EN CAVIDADES CERRADAS, POSIBLES NEOPLASIAS DERIVADAS DE SU USO. ENTRE OTROS, POR ELLLO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE REQUERIMIENTO SEA RECONSIDERADO Y LO SOLICITADO SEA SOLO YUGO DE O ₂ COMO GAS DE RESPALDO Y N ₂ O COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.





2023, 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTA
15	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 6.12.2 FALLA EN LA MEDICIÓN DE O2 PARA TECNICA PARAMAGNETICA DE ACUERDO CON LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ALARMA DE FALLA DE MEDICIÓN DE O2 COMO FALLA DE OXÍGENO CAMBIO DE CELDA, O FALLO EN LECTURA DE O2, LO CUAL DENOTA LA MISMA INTENSIÓN Y NO LIMITA A LOS OFERENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
16	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 7.1 DOS VAPORIZADORES: UNO DE DESFLUORANO Y UNO DE SEVOFLUORANO DE LA MISMA MARCA DE LA MAQUINA DE ANESTESIA CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROMUEVA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PERMITA OFERTAR VAPORIZADORES DE SEVOFLUORANE Y HALOTANO, YA QUE EN LA ACTUALIDAD UNA MUY REDUCIDA CANTIDAD DE MARCAS INTEGRAN EL VAPORIZADOR DE DESFLUORANO. ¿SE ACEPTA?	REFERIRSE A LA ACLARACIÓN AL RENGLÓN 39 PUNTO 1.3 DE LAS PRESENTES BASES.
17	RENGLÓN 39, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 8.10 TRAZO SIMULTANEO EN PANTALLA MÍNIMO ONCE CURVAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR AL MENOS 8 O MAS FORMAS DE ONDA DESPLEGABLES EN LA PANTALLA, PUES DE ACUERDO CON TAMAÑO DE PANTALLA SOLICITADO EL ESPACIO DE DESPLIEGUE ES REDUCIDO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES.
18	RENGLÓN 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL SOLICITAN EN EL PUNTO: 11 BATERÍAS RECARGABLES. PREGUNTA: AL SOLICITAR ESTAS CARACTERÍSTICAS CREAMOS QUE ES UN ERROR DEBIDO A QUE LAS UNIDADES DE ELECTROCIRUGIA NO NECESITAN BATERÍAS RECARGABLES PARA SU OPERACIÓN YA QUE CUANDO SON UTILIZADAS SE CONECTAN DIRECTAMENTE A LA CORRIENTE ALTERNA DEL QUIRÓFANO Y UNA VEZ TERMINADO SU USO SE DESCONECTAN Y GUARDAN PARA OTRO PROCEDIMIENTO, POR LO ANTERIOR DEBEMOS DE ENTENDER QUE ES CORRECTO QUE ESTA DESCRIPCIÓN SE DEBERÁ DE ELIMINAR. ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIAACION.
19	RENGLÓN 41 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE QUE EL VENTILADOR TIENE LA CAPACIDAD DE VENTILAR PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, COMO LO ES SOLICITADO, PARA NUESTRO CASO, EL VENTILADOR SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL FLUJO EN RELACIÓN CON LA PRESIÓN INSPIRATORIA, EL TIEMPO INSPIRATORIO Y LA FRECUENCIA RESPIRATORIA, LO CUAL ES UN VALOR AGREGADO A LA TECNOLOGÍA Y UN BENEFICIO PARA EL INSTITUTO. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA LA EQUIVALENCIA Y/O MEJORA TECNOLÓGICA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
20	RENGLÓN 41 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 3.1 VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 50 A 2000 ML AL SER UN EQUIPO CON ALCANCE NEONATAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL RANGO MÍNIMO DE 50 ML, PUES CON ESE VALOR NO ES POSIBLE HACER VENTILACIÓN NEONATAL, DE ACUERDO CON LA BIBLIOGRAFÍA Y GUÍAS CLÍNICAS, EL VOLUMEN IDEAL DE UN EQUIPO DE VENTILACIÓN EN UN RANGO MÍNIMO PARA NEONATOS ES DE 2 ML, LA CONVOCANTE ACEPTA HACER EL REQUISITO HACIA LOS OFERENTES. ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
21	RENGLÓN 41 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 6.10 FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN NUESTRA TECNOLOGÍA EL VENTILADOR CUENTA CON BATERÍA DE RESPALDO, LA CUAL FUNCIONA AL MOMENTO DE QUE SUCEDA UNA PÉRDIDA DE CORRIENTE, CUANDO ESTO SUCEDE, EL VENTILADOR AUTOMÁTICAMENTE OPERA SOPORTADO CON LA BATERÍA INTERNA E INDICA UNA ALARMA DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO, LO CUAL ES SEGURO PARA EL PACIENTE Y NOS PERMITE SABER QUE EL VENTILADOR NO ESTÁ RECIBIENDO CORRIENTE ELÉCTRICA, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR ESTA CARACTÉRISTICA PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA LA EQUIVALENCIA Y/O MEJORA TECNOLÓGICA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
22	RENGLÓN 41 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO: 7.5 REGULACIÓN DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, BASADO EN LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS, PERMITA OFERTAR LOS REGULADORES INTERNOS LOS CUALES HACEN LA FUNCIÓN MISMA QUE LOS INTEGRADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. SIEMPRE Y CUANDO LA TECNOLOGÍA A OFERTAR NO LOS REQUIERA DE MANERA ADICIONAL PARA FUNCIONAR CORRECTAMENTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTA
23	<p>RENGLÓN 41 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO: 8.3 TRES MASCARILLAS REUSABLES LIBRE DE LÁTEX DE TAMAÑO GRANDE, MEDIANO Y CHICO, UNO DE CADA TAMAÑO CON ARNÉS O SUJETADORES DERIVADO DE LA SITUACIÓN SANITARIA VIVIDA Y CON EL FIN DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA EN LOS ACCESORIOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 10 MASCARILLAS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX CON ARNÉS O SUJETADOR POR CADA TAMAÑO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
24	<p>RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO SOLICITAN EN EL PUNTO 3.12 AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA ESTA CARACTERÍSTICA ES DENOMINADA TIEMPO RAMPA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACEPTE PODER ENUNCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿FAVOR DE ACLARAR?</p>	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA LA EQUIVALENCIA Y/O MEJORA TECNOLÓGICA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
25	<p>RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1 MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL MEZCLADOR DEBERÁ SER INTERCONSTRUIDO Y OPERADO POR EL MICROPROCESADOR. ¿FAVOR DE ACLARAR?</p>	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
26	<p>RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO PUNTO 2.3 SENSOR DE FLUJO REUSABLE ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE LA TECNOLOGÍA CUENTA CON SENSOR DE FLUJO REUSABLE PROXIMAL PARA SER USADOS EN PACIENTES NEONATOS, YA QUE ES LA TECNOLOGÍA QUE HA DEMOSTRADO MAYOR SENSIBILIDAD A LA DEMANDA DE ESTA CATEGORÍA DE PACIENTES ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
27	<p>RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4 COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE ALTITUD. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA NO ES NECESARIA LA COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE LA ALTITUD YA QUE ESA CARACTERÍSTICA NO INFLUYE EN EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO EQUIPO, POR LO ANTERIOR Y DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA SON TENER QUE DEMOSTRAR ESTAS CARACTERÍSTICAS. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.
28	<p>RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO PUNTO 2.7. ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, LA CUAL CUENTA CON UN ASA PARA EL TRANSPORTE SENCILLO DEL VENTILADOR, ASÍ COMO UN SISTEMA DE FÁCIL DESMONTAJE QUE PERMITE EL VENTILADOR SER UTILIZADO SOBRE LA CAMILLA DE FORMA SEGURA PARA EL PACIENTE Y EL VENTILADOR, ESTO FACILITA EL TRASLADO DEL PACIENTE, AL NO GENERAR UN VOLUMEN EXTRA POR FUERA DEL ÁREA DE LA CAMILLA. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACLARA QUE, EL EQUIPO A OFERTAR EN LA PARTIDA 42, DEBE CUMPLIR CON EL PUNTO 2.7 ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA.
28	<p>RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO SOLICITAN EN EL PUNTO 2.10 PESO NO MAYOR A 7 KG INCLUIDA LA BATERÍA. PREGUNTA FAVOR DE ACLARARNOS QUE EL PESO ES SOLO DEL VENTILADOR Y NO DE LA BASE RODABLE QUE ESTÁN SOLICITANDO PUNTOS ADELANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACLARA QUE, EL PESO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.10 SE REFIERE A QUE EL EQUIPO NO DEBE PESAR MÁS DE 7KG INCLUIDA LA BATERÍA.
29	<p>RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO SOLICITAN EN EL PUNTO 3.2 FLUJO INSPIRATORIO DE 100 LPM O MAYOR. SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE QUE EL VENTILADOR TIENE LA CAPACIDAD DE VENTILAR PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, COMO LO ES SOLICITADO, PARA NUESTRO CASO, EL VENTILADOR SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL FLUJO EN RELACIÓN CON LA PRESIÓN INSPIRATORIA, EL TIEMPO INSPIRATORIO Y LA FRECUENCIA RESPIRATORIA, LO CUAL ES UN VALOR AGREGADO A LA TECNOLOGÍA Y UN BENEFICIO PARA EL INSTITUTO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTREN QUE CUENTA CON UN FLUJO INSPIRATORIO, IGUAL O MAYOR A 100LPM.
30	RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTA
	SOLICITAN EN EL PUNTO 3.3 PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 60 CMH2O COMO MÍNIMO. PREGUNTA: CON LA INTENSIÓN DE FOMENTAR LA LIBRE COMPETENCIA EN ESTE PROCESO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS ACEPTE PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA CON UN FLUJO CON RANGO DE 5 A 55 MBAR QUE NO AFECTA EN LO MÁS MÍNIMO LA VENTILACIÓN. ¿FAVOR DE ACLARAR?	
31	RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO 6.2 PRESIÓN INSPIRATORIA BAJA Y ALTA ENTENDEMOS QUE LA ALARMA DE PRESIÓN BAJA SE PUEDE EXPRESAR DE DIFERENTES FORMAS COMO PUEDE SER DESCONEXIÓN, PEEP BAJO O BIEN, PRESIÓN BAJA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DICHA ALARMA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA ALARMA ES CONGRUENTE CON LA BAJA DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
32	RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO: 7.4 TANQUE DE OXÍGENO Y CONEXIÓN DE ALTA PRESIÓN PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ES CORRECTO QUE LOS VENTILADORES SOLICITADOS DEBERÁN DE CONTAR CON UN SISTEMA DE AUTO SUMINISTRO DE AIRE A BASE DE UNA TURBINA PARA PROPORCIONA LA MEZCLA DE AIRE Y OXÍGENO. ¿FAVOR DE ACLARAR?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS
33	RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO 7.5 CABLE PARA CONEXIÓN A DC PARA AMBULANCIA ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ DE COTAR CON PUERTO DE CONEXIÓN PARA CORRIENTE DIRECTA, TOMA DE ALIMENTACIÓN DE 127 VAC Y BATERÍAS DE RESPALDO DE AL MENOS 6 HORAS. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.5 DEL RENGLÓN 42, DEBERÁ CONTAR CON EL ACCESORIO DE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE DIRECTA PARA LA AMBULANCIA
34	RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO: 8.1 CINCO CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). CON EL FIN DE EVITAR INFECCIONES NOSOCOMIALES DERIVADAS DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA DEBIDO A LA DESINFECCIÓN INADECUADA DE LOS ACCESORIOS COMPARTIDOS EN LOS PACIENTES Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR 5 CIRCUITOS DESECHABLES (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) PARA PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO POR CADA CIRCUITO REUSABLE SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
35	RENGLÓN 42, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO: 8.6 CINCO CELDAS O SENSORES DE OXÍGENO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE EN EL ENTENDIDO QUE LAS CELDAS DE O2 SE DEGRADAN CON EL TIEMPO POR LA OXIDACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO. SOLICITADOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA SOLICITUD Y SEAN 2 CELDAS LAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
36	RENGLÓN 61 CUNA BACINETE PARA RECIÉN NACIDOS CON COLCHÓN PUNTO 3 ESTRUCTURA DE ACERO DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR ESTRUCTURA EN ACERO CROMADO ¿SE ACEPTA?	PARA EL RENGLÓN 61, SE ACLARA QUE PARA EL PUNTO 3, LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER METÁLICA, RESISTENTE, SIN REBABAS Y DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.
37	RENGLÓN 64 INFANTÓMETRO DE ACRÍLICO PUNTO 3 GRADUADO DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA GRADUACIÓN POR EL MÉTODO DE SERIGRAFIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
38	RENGLÓN 66 MESA DE 120 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA PUNTO 5 TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ASISI 304, CALIBRE 18 DE 13X13 (1/2" X 1") Y CHAROLA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL NO. 18, ACABADO PULIDO DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ASISI 304.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTA
	CALIBRE 18 DE [3/4" X 3/4"] DEBIDO QUE LA ESTRUCTURA SOLICITADA ES DE TAMAÑO MENOR Y POR ENDE MENOR SOPORTE ¿SE ACEPTE?	
39	RENGLÓN 68 MESA PARA ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDOS PUNTO 3 ESCALA DE MEDICIÓN SOBRE LA CUBIERTA [ESTADIMETRO] CON CURSOR PARA LECTURA DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN INFANTOMETRO QUE ESTE FABRICADO DE ACRÍLICO GRADUADO CON SERIGRAFIA ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
40	RENGLÓN 70 MESA TRASPORTADORA DE INSTRUMENTAL PUNTO 5 RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDAS DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101 MM DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR RODAJAS EN ACABADO GALVANIZADO DEBIDO QUE EL RECUBRIMIENTO DEL ZINC SOSTIENE MAYOR DURABILIDAD A LA CORROSIÓN QUE EL CROMO ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS
41	RENGLÓN 74 PORTALEBRILLOS DOBLE DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PUEDA PROPORCIONAR CUALES SON LAS DIMENSIONES GENERALES PORTALEBRILLOS DOBLE FAVOR DE ACLARAR	PARA EL RENGLÓN 74, SE ACLARA QUE LAS DIMENSIONES APROXIMADAS SON: LARGO 65CM X ANCHO 30CM X ALTURA 85CM
42	RENGLÓN 76 PORTAVENOCLISIS RODABLE DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PUEDA PROPORCIONAR CUALES SON LAS DIMENSIONES CORRECTAS DEL PORTAVENOCLISIS RODABLE DEBIDO QUE EN LA FICHA TÉCNICA MENCIONAN DIMENSIONES GENERALES Y DIMENSIONES APROXIMADAS FAVOR DE ACLARAR	PARA EL RENGLÓN 76, SE ACLARA QUE SE OMITE EL PUNTO 8 DE LA FICHA TÉCNICA.
43	RENGLÓN 76 PORTAVENOCLISIS RODABLE PUNTO 5 RODAJAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 50.8MM DE HULE COLOR NEGRO ACABADO CROMADO DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR RODAJAS EN ACABADO GALVANIZADO DEBIDO QUE EL RECUBRIMIENTO DEL ZINC SOSTIENE MAYOR DURABILIDAD A LA CORROSIÓN QUE EL CROMO ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS
44	RENGLÓN 81 VITRINA DE 90 CM CONTRAMURO PUNTO 5 CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ACABADO EN ESMALTE ELECTROSTÁTICO HORNEADO DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PUEDA PROPORCIONAR EL COLOR DE PINTURA DEL CUERPO FAVOR DE ACLARAR	PARA EL RENGLÓN 81, SE ACLARA QUE DEBERÁ SER COLOR ARENA
45	RENGLÓN 85 ANAQUEL PARA CARGAS PESADAS DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PUEDA PROPORCIONAR EL COLOR DE PINTURA FAVOR DE ACLARAR	PARA EL RENGLÓN 85, SE ACLARA QUE DEBERÁ SER COLOR ARENA
46	RENGLÓN 85 ANAQUEL PARA CARGAS PESADAS DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PUEDA PROPORCIONAR EL NÚMERO DE ENTREPAÑOS FAVOR DE ACLARAR	PARA EL RENGLÓN 85, SE ACLARA QUE LA CANTIDAD MÍNIMA DE ENTREPAÑOS ES DE 5
47	RENGLÓN 84 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PUEDA PROPORCIONAR EL COLOR DE PINTURA FAVOR DE ACLARAR	PARA EL RENGLÓN 84, SE ACLARA QUE DEBERÁ SER COLOR ARENA
48	RENGLÓN 97 GABINETE UNIVERSAL DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR 3 ENTREPAÑOS CON ALTURA FIJA ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
49	PREGUNTA GENERAL PARA INSTRUMENTAL MEDICO TODA VEZ QUE EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2003 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA DECIMOCUARTA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATALOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO. [https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=688477&fecha=01/10/2003#GSC.TAB=0] EN EL CUAL SE MENCIONA QUE ES PERMITIDO UNA TOLERANCIA DE +/- 10% EN LAS MEDIDAS DEL INSTRUMENTAL	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTA
	SOLICITANDO DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR INSTRUMENTAL MEDICO CON UN RANGO DE TOLERANCIA DE +/-10% EN LAS MEDIDAS DEL INSTRUMENTAL. ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	

18- PROVEEDOR: SERVICIO DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

B.- DE CARÁCTER TECNICO

NO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 20, LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DICE: "INCISO 4 CONTROL VARIABLE DIGITAL DE INTENSIDAD DE LUZ, AL MENOS 4 PASOS". ENTENDEMOS QUE POR 4 PASOS SE REFIERE A 4 INTENSIDADES DE FOTOTERAPIA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 20, LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DICE: "CONTROL VARIABLE DIGITAL DE INTENSIDAD DE LUZ, AL MENOS 4 PASOS". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MÁS PARTICIPANTES, Y DADO QUE NO EXISTE BENEFICIO TERAPÉUTICO EN TENER 4 INTENSIDADES DIFERENTES DE FOTOTERAPIA EN LUGAR DE 3, SE PERMITA OFERTAR CON AL MENOS 3 INTENSIDADES DE FOTOTERAPIA. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
3	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 20, LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DICE: "DE SUPERFICIE LISA DE FÁCIL LIMPIEZA, SIN ENTRADAS DE VENTILACIÓN O VENTILADOR". ENTENDEMOS QUE ESTE INCISO SE REFIERE AL CABEZAL DE LA LÁMPARA DONDE SE ENCUENTRAN LOS LEDS. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 18, INCUBADORA DICE: "2.1 TECLADO ERGONÓMICO PARA SU FÁCIL CONFIGURACIÓN." ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN TECLADO INDEPENDIENTE A LA PANTALLA. ES DECIR, NO DEBE SER PANTALLA TOUCHSCREEN. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL TIPO DE TECLADO DEPENDE DEL TIPO DE TECNOLOGÍA A OFERTAR. SE ACLARA QUE SE SOLICITA TECLADO ERGONÓMICO PARA SU FÁCIL CONFIGURACIÓN.
5	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 18, INCUBADORA DICE: INCISO 2.3 SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON CONTROL MANUAL O PASIVO. ENTENDEMOS QUE AL SER "HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO", UNA CARACTÉRISTICA SUPERIOR A LA SOLICITADA. EL OFERTARLO ASÍ NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
6	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 20, LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INCISO 12 "CONSUMIBLES INCLUIDOS". PROPONEMOS A LA AUTORIDAD QUE SE ELEVEN LOS NÚMEROS DE PROTECTORES DE OJOS Y GENITALES DE 10 Y 5 PIEZAS A 30 Y 30 PIEZAS. DE OTRA FORMA EL PERSONAL DE SALUD CORRE EL RIESGO DE QUEDARSE SIN PODER UTILIZAR LA LÁMPARA DESPUÉS DE TAN SOLO 5 PACIENTES ATENDIDOS. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. YA QUE DEPENDERÁ DE LA TECNOLOGÍA DE CADA EQUIPO OFERTADO.
7	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 20, LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INCISO 12 "CONSUMIBLES INCLUIDOS". EN CASO DE DESECHARSE NUESTRA PROPUESTA SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE AL MENOS SE CONSIDEREN 10 Y 10 PIEZAS, DE TAL FORMA QUE EL NÚMERO DE PACIENTES QUE SE PUEDEN TRATAR CON ANTIFACES COINCIDA CON EL NÚMERO DE PACIENTES QUE PUEDEN SER ATENDIDOS CON PROTECTORES GONADALES. ¿SE ACEPTE?	VERIFICAR LA RESPUES ANTERIOR.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	FICHA TÉCNICA, RENGLÓN 20. LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	
8	EXISTEN VARIAS MARCAS DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA QUE CUENTAN COMO ACCESORIO CON UN "RADIÓMETRO INTEGRADO" DE TAL FORMA QUE EL USUARIO PUEDA VERIFICAR PERIÓDICAMENTE LA INTENSIDAD DE LA FOTOTERAPIA. SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE INCLUYA DICHO RADIÓMETRO COMO ACCESORIO OBLIGATORIO (AL MENOS UNO POR CADA UNIDAD DE SALUD. ¿SE ACEPTA?)	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. YA QUE DEPENDERÁ DE LA TECNOLOGÍA DE CADA EQUIPO OFERTADO
9	RENGLÓN 15 PUNTO 17.1 DERIVADO A LA FALTA DE ADJUDICACIÓN DEL TÉRMINO DE EQUIPO MÉDICO Y QUE EN NINGÚN OTRO PROCEDIMIENTO SE HA SOLICITADO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA LAS PARTIDAS DE FONODETECTORES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA ESTA PARTIDA.	PODRÁ PRESENTAR CARTA DONDE ESPECIFIQUE QUE ESTOS EQUIPOS SON LIBRES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOLO APLICARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CASO DE SER NECESARIO.
10	RENGLÓN 18 PUNTO 5.7 DICE: "BASE PARA EL COLCHÓN CON AJUSTES DE TREDELENBURG Y TREDELENBURG INVERSO +/- 12° COMO MÍNIMO". DERIVADO DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO Y A QUE ESTA DIFERENCIA NO LIMITA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DA AL PACIENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA INCLINACIÓN, TREDELENBURG Y CONTRA TREDELENBURG DE 10°. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
11	RENGLÓN 32 PUNTO 2 DICE "EQUIPO DE MESA CON PESO ENTRE 2 A 3 KG NO INVASIVO PARA MONITORIZAR LA SATURACIÓN DE OXÍGENO, ASÍ COMO LA FORMA PLETISMOGRÁFICA Y LA FRECUENCIA DE PULSO" DERIVADO DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN PESO DE 320.6 G YA QUE ESTO NO LIMITA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
12	RENGLÓN 29 PUNTO 21 DICE "CAPACIDAD A FUTURO DE MEDICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE CAPNOGRAFIA Y GASTO CARDIACO" DERIVADO DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON MÓDULOS PARA LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFIA, PERO NO DE GASTO CARDIACO, YA QUE ESTA MEDICIÓN CORRESPONDE A MONITOR AVANZADO Y NO BÁSICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, PARA ESTE PUNTO SE SOLICITA SOLO REFERENCIAR QUE A FUTURO EL EQUIPO OFERTADO PODRÁ CONTAR CON ESCALAMIENTO TECNOLÓGICO CON ALGUNA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS.
13	RENGLÓN 29 PUNTO 7 DICE "DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 7 DERIVACIONES, DEBIDO A QUE SE PUEDEN CAMBIAR LAS CURVAS DESPLEGADAS Y QUE LA FICHA REFIERE A MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
14	RENGLÓN 29 PUNTO 7.2 "ECG QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 4 CURVAS, ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MÁS, CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS Y CONSIDERANDO QUE REFIERE A MONITOR BÁSICO NOS PERMITA OFERTAR EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 3 DERIVACIONES Y HASTA 7 EN CASCADA, CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST EN 3 CANALES SIMULTÁNEOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
15	RENGLÓN 29 PUNTO 19 DICE "CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA A TRAVÉS DE UNA CENTRAL DE MONITOREO O ESTACIÓN DE TRABAJO" DERIVADO DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO ÚNICAMENTE CON CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA CENTRAL DE MONITOREO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

19.-PROVEEDOR: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.

A)- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>PUNTO 7.2.4. LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR COMO MÍNIMO FOTOCOPIAS LEGIBLES DE 2 CONTRATOS FORMALIZADOS CON CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, YA SEA DEPENDENCIA DE ESTA U OTRA ENTIDAD FEDERATIVA, POR LA VENTA DE BIENES DE CARÁCTERISTICAS SIMILARES A LAS DESCRIPTAS EN ANEXO TÉCNICO Y FICHAS TÉCNICAS, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SERÁ DE ACUERDO A LOS RENGLONES EN LOS QUE PARTICIPE.</p> <p>ASIMISMO, DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTOS QUE AMPAREN O ACREDITEN LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES CONFORME A DICHOS CONTRATOS.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE, QUE, EN EL CASO DE ENTIDADES PRIVADAS, LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA Y REMISIÓN SEAN DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, YA QUE SON LOS DOCUMENTOS COMUNES CUANDO HAY OPERACIONES ENTRE PARTICULARES. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

B)- DE CARÁCTER TECNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>PARTIDA 28. MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO. PUNTO 7.2.</p> <p>EN NUESTRO MONITOR EXISTE UNA VENTANA LLAMADA ANALISIS DE DERIVACIONES, DONDE SE PUEDEN VISUALIZAR 8 DERIVACIONES SIMULTANEAS (CONECTANDO UN CABLE DE 6 PUNTAS), CON EL NIVEL DE ST DE CADA DERIVACION. ASUMIMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR DE ESTA FORMA. ¿ES CORRECTO?</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
2	<p>PARTIDA 28. MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO. PUNTO 14.1.</p> <p>ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A LA VISUALIZACION DE LA CURVA DE CAPNOGRAFIA (CO2), DE FORMA SIMULTANEA CON LAS CURVAS DE ECG Y SPO2. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTO.
3	<p>PARTIDA 28. MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO. PUNTO 14.5.</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE ACEPTE OFERTAR 30 ADAPTADORES DE VÍA AEREA DESECHABLE ADULTO/PEDIATRICO, EN VEZ DEL ADAPTADOR REUSABLE. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
4	<p>PARTIDA 28. MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO. PUNTO 14.8.</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE ACEPTE OFERTAR 30 ADAPTADORES DE VÍA AEREA DESECHABLE NEONATAL, EN VEZ DEL ADAPTADOR REUSABLE. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
5	<p>PARTIDA 28. MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO. PUNTO 17.</p> <p>DEBIDO A QUE EL MONITOR SOLICITADO NO ES PARA USO DE TRASLADO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE ACEPTE OFERTAR CON 90 MIN (1.5 HRS) DE RESPALDO DE BATERIA. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA APEGARSE A BASES.
6	<p>PARTIDA 28. MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO. PUNTO 27.1.</p> <p>ENTENDEMOS QUE LOS KIT Y REFACCIONES ORIGINALES SON REQUERIDOS EN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, SOLO EN CASO QUE EL MONITOR TENGA DEFECTOS DE FABRICA. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES Y DE ACUERDO A CADA TECNOLOGIA.
7	<p>PARTIDA 28. MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO. PUNTO 28.2.</p> <p>DEBIDO A LA NATURALEZA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES, NO SE REQUIERE DE NINGUNA ADECUACION ESPECIFICA, YA QUE SOLO NECESITA UN TOMACORRIENTE ELECTRICO DE 120 V / 60 HZ, Y DICHOS TOMACORRIENTES SON ESTANDARES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA INSTITUCION. ¿ES CORRECTO?</p>	APEGARSE A BASES, ESTE PUNTO ES APPLICABLE PARA LAS TECNOLOGIAS QUE PUDIERAN REQUERIR ALGUNA ADECUACION ESPECIAL
8	<p>PARTIDA 29. MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO. PUNTO 7.2.</p> <p>EN NUESTRO MONITOR EXISTE UNA VENTANA LLAMADA ANALISIS DE DERIVACIONES, DONDE SE PUEDEN VISUALIZAR 8 DERIVACIONES SIMULTANEAS (CONECTANDO UN CABLE DE 6 PUNTAS), CON EL NIVEL DE ST DE CADA DERIVACION. ASUMIMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR DE ESTA FORMA. ¿ES CORRECTO?</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
9	<p>PARTIDA 29. MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO. PUNTO 14.</p>	NO SE PUEDE RESPONDER ESTA PREGUNTA, YA QUE EL PUNTO14 SE REFIERE A LA BATERIA RECARGABLE, NO A ADAPTADORES DE VÍA AEREA



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE ACEPTE OFERTAR 30 ADAPTADORES DE VÍA AEREA DESECHABLE ADULTO/PEDIATRICO, EN VEZ DEL ADAPTADOR REUSABLE. ¿SE ACEPTA?	
10	PARTIDA 29. MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO. PUNTO 16. ASUMIMOS QUE SE REFIEREN AL DESPLIEGUE DE UN TECLADO EN LA PANTALLA DEL MONITOR, ADEMÁS EN NUESTRO MONITOR DICHA PANTALLA ES TACTIL Y POR LO TANTO ES UN TECLADO HERGONOMICO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
11	PARTIDA 29. MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO. PUNTO 27.1. ENTENDEMOS QUE LOS KIT Y REFACCIONES ORIGINALES SON REQUERIDOS EN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, SOLO EN CASO QUE EL MONITOR TENGA DEFECTOS DE FABRICA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES Y DE ACUERDO A CADA TECNOLOGÍA.
12	PARTIDA 29. MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO. PUNTO 28.2. DEBIDO A LA NATURALEZA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES, NO SE REQUIERE DE NINGUNA ADECUACION ESPECIFICA, YA QUE SOLO NECESITA UN TOMACORRIENTE ELECTRICO DE 120 V / 60 HZ, Y DICHOS TOMACORRIENTES SON ESTANDARES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA INSTITUCION. ¿ES CORRECTO?	APEGARSE A BASES, ESTE PUNTO ES APLICABLE PARA LAS TECNOLOGIAS QUE PUDIERAN REQUERIR ALGUNA ADECUACIÓN ESPECIAL
13	PARTIDA 32. OXIMETRO DE PULSO. PUNTO 3. DEBIDO A QUE LA MEDICION DE SPO2 EN BAJA PERFUSION ESTA RELACIONADA AL INDICE DE PERFUSION, ENTENDEMOS QUE PARA FINES DE REFERENCIADO PODEMOS CITARLO COMO INDICE DE AMPLITUD DE PULSO, LO QUE ES EQUIVALENTE AL INDICE DE PERFUSION. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
14	PARTIDA 32. OXIMETRO DE PULSO. PUNTO 5. ASUMIMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR PANTALLA TACTIL, CON IDIOMA EN ESPAÑOL, YA QUE ES SUPERIOR AL TECLADO DIGITAL DE MEMBRANA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
15	PARTIDA 32. OXIMETRO DE PULSO. PUNTO 6.3. ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR GRAFICO DE BARRAS SQI, QUE MUESTRA LA CALIDAD DE LA SEÑAL DE LA ONDA DE PULSO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
16	PARTIDA 32. OXIMETRO DE PULSO. PUNTO 8.1. ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR PRECISION DE $\pm 3\%$, EN EL RANGO $70\% \leq SPO2 \leq 80\%$. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
17	PARTIDA 32. OXIMETRO DE PULSO. PUNTO 8.2. ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR PRECISION DE $\pm 2\%$, EN EL RANGO $80\% \leq SPO2 \leq 100\%$. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
18	PARTIDA 32. OXIMETRO DE PULSO. PUNTOS 9 Y 9.1. ASUMIMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR CICLO DE ACTUALIZACION DE LA VISUALIZACION (MUESTREO) CADA 1 SEGUNDO, LO CUAL ES UN MUESTREO MAS RAPIDO QUE CADA 2 SEGUNDOS. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
19	PARTIDA 32. OXIMETRO DE PULSO. PUNTO 15. ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR EXPORTACION DE DATOS A TRAVES DE UNA MEMORIA USB. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
20	PARTIDA 32. OXIMETRO DE PULSO. PUNTO 17. ASUMIMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR, PRECISION DE LA FRECUENCIA DE PULSO DE $\pm 3\%$ O ± 1 LATIDO/MIN. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
21	PARTIDA 32. OXIMETRO DE PULSO. PUNTO 23.1. ENTENDEMOS QUE LOS KIT Y REFACCIONES ORIGINALES SON REQUERIDOS EN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, SOLO EN CASO QUE EL OXIMETRO TENGA DEFECTOS DE FABRICA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES Y DE ACUERDO A CADA TECNOLOGÍA
22	PARTIDA 32. OXIMETRO DE PULSO. PUNTO 24.2. DEBIDO A LA NATURALEZA DEL OXIMETRO, NO SE REQUIERE DE NINGUNA ADECUACION ESPECIFICA, YA QUE SOLO NECESITA UN TOMACORRIENTE ELECTRICO DE 120 V / 60 HZ, Y DICHOS TOMACORRIENTES SON ESTANDARES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA INSTITUCION. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

23	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 2.7. EL HUMIDIFICADOR QUE MANEJAMOS ES DE TECNOLOGÍA SUPERIOR A LO SOLICITADO, YA QUE NO REQUIERE DE CABLE CALEFACTOR, NI DE SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNOS; LA TECNOLOGÍA DE NUESTRO HUMIDIFICADOR, YA TIENE INTEGRADOS DENTRO DE LOS CIRCUITOS DE PACIENTE, TANTO EL CABLE CALEFACTOR, COMO EL SENSOR DE TEMPERATURA. CON BASE EN LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR ESTA TECNOLOGÍA SUPERIOR. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O MEJORA TECNOLÓGICA
24	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 3.2. EN LA DOCUMENTACIÓN DE NUESTRO VENTILADOR, EL FLUJO INSPIRATORIO SE DENOMINA COMO TASA DE FLUJO, MISMO QUE ESTA EN EL RANGO DE 1 A 150 L/MIN. ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR TASA DE FLUJO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O MEJORA TECNOLÓGICA
25	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 3.3. SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE ACEPTE OFERTAR PRESIÓN INSPIRATORIA EN EL RANGO DE 2 A 80 CMH2O. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.
26	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 3.10. EN EL CASO DE NUESTRO VENTILADOR, LA MANIOBRA DE PAUSA ESPIRATORIA SE REALIZA CON UN BOTÓN DE ACCESO RÁPIDO. EL TIEMPO DE LA PAUSA ESPIRATORIA NO ESTA LIMITADO AL RANGO DE 0 A 2 SEGUNDOS; LA PAUSA ESPIRATORIA SE INICIA PRESIONANDO EL BOTÓN, SE MANTIENE PRESIONADO DURANTE EL TIEMPO QUE SE REQUIERA Dicha PAUSA ESPIRATORIA Y DESPUES SE SUELTA EL BOTÓN PARA FINALIZAR Dicha PAUSA ESPIRATORIA. POR LO ANTES EXPLICADO, ASUMIMOS QUE SE PERMITE DEMOSTRAR LA FUNCIÓN DE PAUSA ESPIRATORIA, EN UN RANGO SUPERIOR A 2 SEGUNDOS, CON UNA CAPTURA DE PANTALLA DEL VENTILADOR DONDE SE APRECIE LA MANIOBRA Y EL TIEMPO DE DURACIÓN. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
27	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 3.14. EN LA DOCUMENTACIÓN DE NUESTRO VENTILADOR, LA SENSIBILIDAD ESPIRATORIA SE DENOMINA COMO "ACTIVACION ESPIRATORIA". ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR COMO ACTIVACION ESPIRATORIA. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, PODRÁ REFERENCIA Y OFERTAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA IGUALDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA OFERTADA.
28	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 3.15. ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR FLUJO CONSTANTE, QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O MEJORA TECNOLÓGICA
29	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 4.7. EN NUESTRO VENTILADOR, EL MODO APRV FUNCIONA TANTO PARA LIBERACIÓN DE PRESIÓN, COMO PARA VENTILAR EN DOS NIVELES DE PRESIÓN, YA QUE ESTÁ BASADO EN ESTABLECER DOS NIVELES DE CPAP (UNA PRESIÓN ALTA Y UNA PRESIÓN BAJA), QUE SE ALTERNAN ESTABLECIENDO UN CICLO DE TIEMPO (DURANTE UN TIEMPO ALTO Y TIEMPO BAJO); ADEMÁS EL PACIENTE PUEDE RESPIRAR ESPONTÁNEAMENTE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL CICLO TALTO Y TBAJO, Y TAMBIÉN SE PUEDE CONFIGURAR LA PENDIENTE DE PRESIÓN. POR LO ANTERIOR NUESTRO MODO APRV CUMPLE LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O MEJORA TECNOLÓGICA
30	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 4.7. DICE "CON GARANTÍA O LÍMITE DE VOLUMEN PARA CPAP" ASUMIMOS QUE SE REFIEREN, A QUE EN EL MODO CPAP SE PUEDE AJUSTAR UN VOLUMEN TIDAL DE RESPALDO, Y PARA ELLO, ENTENDEMOS QUE SE PUEDE REFERENCIAR CON UNA CAPTURA DE PANTALLA DE DICHO AJUSTE. ¿ES CORRECTO?	SE PODRÁ REFERENCIA CON CAPTURAS DE PANTALLA Y AGREGANDO DOCUMENTALMENTE (MANUALES, FOLLETOS, HOJAS DE DATOS, ETC.), IDENTIFICANDO EL FABRICANTE QUE LO EMITE, SIN RALLADURAS, TACHADURAS, ENMENDADURAS O MODIFICACIONES QUE ALTEREN LA INFORMACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE Y CON LA NOMENCLATURA PROPIA DE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR, QUE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DEL PUNTO SOLICITADO; ASÍ COMO TAMBIÉN SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL RESTO DE CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO
31	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 4.8. SOLICITAMOS ATENTAMENTE, PODER REFERENCIAR LO SOLICITADO CON UNA CAPTURA DE PANTALLA DEL VENTILADOR, DONDE SE MUESTRE UNA CONFIGURACIÓN PARA PACIENTE NEONATAL, EN MODO DE VENTILACIÓN A/CMV-PC (ASISTO CONTROLADO POR PRESIÓN), CON AJUSTE DEL TIEMPO INSPIRATORIO (CICLADO POR TIEMPO) Y CON AJUSTE DEL LÍMITE DE PRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE PODRÁ REFERENCIA CON CAPTURAS DE PANTALLA Y AGREGANDO DOCUMENTALMENTE (MANUALES, FOLLETOS, HOJAS DE DATOS, ETC.), IDENTIFICANDO EL FABRICANTE QUE LO EMITE, SIN RALLADURAS, TACHADURAS, ENMENDADURAS O MODIFICACIONES QUE ALTEREN LA INFORMACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE Y CON LA NOMENCLATURA PROPIA DE LA TECNOLOGÍA A





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		OFERTAR, QUE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DEL PUNTO SOLICITADO
32	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 4.9. EN NUESTRO VENTILADOR, LOS MODOS SOLICITADOS SE DENOMINAN COMO A/CMV-PC (ASISTO CONTROLADO POR PRESIÓN), SIMV-PC-PS (SIMV POR PRESIÓN + PRESIÓN SOPORTE) Y SPONT-PS (ESPONTÁNEO CON PRESIÓN SOPORTE), Y ESOS MODOS ESTÁN DISPONIBLES PARA PACIENTE NEONATAL POR LO ANTERIOR, ASUMIMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR CON CAPTURAS DE PANTALLA, CONFIGURADAS PARA PACIENTE NEONATAL Y CON DICHOS MODOS VENTILATORIOS. ¿ES CORRECTO?	SE PODRÁ REFERENCIA CON CAPTURAS DE PANTALLA Y AGREGANDO DOCUMENTALMENTE (MANUALES, FOLLETOS, HOJAS DE DATOS, ETC.) IDENTIFICANDO EL FABRICANTE QUE LO EMITE, SIN RALLADURAS, TACHADURAS, ENMENDADURAS O MODIFICACIONES QUE ALTEREN LA INFORMACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE Y CON LA NOMENCLATURA PROPIA DE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR, QUE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DEL PUNTO SOLICITADO
33	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 5.1. ASUMIMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR ESTA CARACTÉRISTICA CON UNA CAPTURA DE PANTALLA DEL VENTILADOR. ¿ES CORRECTO?	SE PODRÁ REFERENCIA CON CAPTURAS DE PANTALLA Y AGREGANDO DOCUMENTALMENTE (MANUALES, FOLLETOS, HOJAS DE DATOS, ETC.) IDENTIFICANDO EL FABRICANTE QUE LO EMITE, SIN RALLADURAS, TACHADURAS, ENMENDADURAS O MODIFICACIONES QUE ALTEREN LA INFORMACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE Y CON LA NOMENCLATURA PROPIA DE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR, QUE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DEL PUNTO SOLICITADO
34	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 5.15. ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: CICLO DE TRABAJO ESPONTÁNEO [TI/TTOTAL] Y PRESIÓN INSPIRATORIA NEGATIVA [NIF]. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, PODRÁ REFERENCIA Y OFERTAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA IGUALDAD DE LAS CARACTÉRISTICAS O TECNOLOGÍA OFERTADA
35	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTOS 6.2 Y 6.3. LAS ALARMAS DE PRESIÓN INSPIRATORIA BAJA Y PEEP BAJO, HACEN REFERENCIA A UNA POSIBLE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE, POR ELLO ENTENDIMOS QUE SE ACEPTARÁ REFERENCIAR DICHOS PUNTOS COMO ALARMA DE CIRCUITO DESCONECTADO, LO CUAL ES EQUIVALENTE. ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA, APEGAR SE A BASES.
36	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 6.11. SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PERMITA REFERENCIAR DICHO PUNTO COMO "ALERTA DE DISPOSITIVO, APAGADO INMINENTE, FALLA DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE IMPULSO", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
37	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 7.3. SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PERMITA OFERTAR BATERÍA DE RESPALDO DE 2 HRS, YA QUE DICHA PARTIDA DE VENTILADORES NO SON PARA TRASLADO, Y SEGURAMENTE ESTARÁN CONECTADOS A LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGAR SE A BASES
38	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 8.6. EXISTE UNA MARCA DE HUMIDIFICADOR, QUE NO REQUIERE SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO, NI TAMPORCO DE CABLE CALEFACTOR, DEBIDO A QUE LOS CIRCUITOS DE DICHA MARCA YA TIENEN INTEGRADOS ESOS ELEMENTOS. POR ELLO ASUMIMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR LA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE NUESTRO HUMIDIFICADOR, QUE NO REQUIERE SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO. ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTÉRISTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTÉRISTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTÉRISTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTÉRISTICAS O TECNOLOGÍA
39	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 8.7. SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PERMITA OFERTAR 2 FILTROS DE BACTERIAS REUSABLES, O BIEN 10 FILTROS DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
40	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 11.1. ENTENDEMOS QUE LOS KIT Y REFACCIONES ORIGINALES SON REQUERIDOS EN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, SOLO EN CASO QUE EL VENTILADOR TENGA DEFECTOS DE FABRICA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES Y DE ACUERDO A CADA TECNOLOGÍA
41	PARTIDA 41. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PUNTO 16.2. ENTENDEMOS QUE POR LA NATURALEZA DEL VENTILADOR NO SE REQUIEREN DE ADECUACIONES ESPECÍFICAS, YA QUE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS CUENTAN CON TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 120 V / 60 HZ, ASÍ COMO TAMBIÉN CUENTAN CON TOMA MURAL DE O2 MEDICINAL Y TOMA MURAL DE AIRE MEDICINAL. ¿ES CORRECTO?	APEGARSE A BASES, ESTE PUNTO ES APLICABLE PARA LAS TECNOLOGÍAS QUE PUDIERAN REQUERIR ALGUNA ADECUACIÓN ESPECIAL.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

20.- PROVEEDOR: GRUMX ASOCIADOS S.A. DE C.V.

A) - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA
1	7.2.6 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS INDIQUE SI EN ESTE PUNTO LA REFERENCIA PUEDE SER A MANO O DEBERA SER A COMPUTADORA? AL IGUAL QUE LOS ARCHIVOS DE LAS FICHAS TECNICAS EN LA USB DEBERAN SER REFERENCIADAS O NO?	LAS REFERENCIAS DEBERAN ESTAR REALIZADAS EN COMPUTADORA. PARA EVITAR AMBIGUEDADES EN LA ESCRITURA.
2	7.2.6 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS ESPECIFIQUE CUALES SON LOS REGLONES CORRECTOS, YA QUE NOS PERCATAMOS QUE LOS RENGLONES QUE VIENEN EN LAS BASES SON DIFERENTES A LOS QUE VIENEN EN LA FICHA TECNICA	APEGARSE A LAS ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASES
3	7.2.10 EN CASO DE QUE UN DISTRIBUIDOR TENGA MAS DE 1 ARTICULO PODRA OFRECER SU APOYO EN 1 MISMA CARTA O TENDRA QUE SER CARTA DE APOYO POR RENGLON?	SI LAS PARTIDAS OFERTADAS SON DEL MISMO FABRICANTE PODRAN REALIZARSE EN UNA SOLA CARTA DE APOYO, ESTO ES DEPENDERÁ DE QUIEN RESPALDE LOS RENGLONES OFERTADOS.
4	7.2.12 EN CASO DE APLICAR DOF SOLO BASTA CON EL ESCRITO DE EXISTIR DICHO DOF O TAMBIEN HAY QUE ANEXAR EL DOF COMPLETO? ¿A QUE SE REFIERE CON REFERENCIADO SOLO RENGLON O ALGO MAS ESPECIFICO?	PODRÁ ANEXAR LA PUBLICACIÓN Y LA HOJA CORRESPONDIENTE, DONDE REFERENCIEN LOS BIENES PROPUESTOS.
5	7.2.15 ¿LA CONVOCANTE SE REFIERE EN ESTE PUNTO A EL PAGO DE JUNIO, JULIO O AMBOS? YA QUE SE TIENE HASTA EL 20 DE AGOSTO PARA PRESENTAR LA DE DICHO MES YA QUE SOMOS PERSONAS MORALES.	AL MES DE JUNIO DEL 2023
6	7.2.23 EN CASO DE CONTAR YA CON REGISTRO SE PODRIA ANEXAR? ¿DE SER POSITIVA SE PODRA OMITIR EL ESCRITO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL?	SE DEBE PRESENTAR EL ESCRITO, AUN CUANDO SE TENGA EL PADRON DE PROVEEDORES.
7	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PUDIERAN BRINDAR LOS ANEXOS EN FORMATO WORD ESTO CON LA FINALIDAD DE NO COMETER ERRORES A LA HORA DE LA TRANSCRIPCION	PUEDE SOLICITARLO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
8	12.4 ¿EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA EMITIR PREFACTURAS ESTO CON LA FINALIDAD QUE ANTES DE ENTREGAR A LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTES LA FACTURA VAYA CON LA INFORMACION ADECUADA PARA SU PAGO, TAMBIEN SI NOS PUDIERA INDICAR CUAL SERIA EL AREA Y PERSONAL CORRESPONDIENTE DE VERIFICAR DICHAS PREFACTURAS?	LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS ES EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN MESA DE PROVEEDORES.
9	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE RECHAZAR LAS RESPUESTAS DE LA PREGUNTAS ANTERIOR, LE SOLICITO AMABLEMENTE SE NOS PERMITA ENTREGAR CON REMISION EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, CON LA INTENCION DE QUE EN CASO DE QUE EXISTA ALGUN ERROR EN LA FACTURA NO TENER QUE IR NUEVAMENTE A LA UNIDAD HOSPITALARIA POR EL SELLADO CORRESPONDIENTE.	APEGARSE A BASES

B) - DE CARÁCTER TECNICO

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA
1	RENGLON 14 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR UN ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE XENON YA QUE LOS DE LED PROVOCAN UNA VARIACION EN EL FILTRO COLOR ROJO Y ANALIZANDO LOS HOSPITALES DONDE SE HARIA LA ENTREGA NO SON DE ALTA ESPECIALIDAD POR LO TANTO CON UNA LUZ XENON TENDRIAN UN EXCELENTE FUNCIONAMIENTO	NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES.
2	RENGLON 38 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PUEDA ESPECIFICAR SI EL TERMOMETRO ES EN FORMA DE PISTOLA O ES EL TERMOMETRO DIGITAL SENCILLO	LA FORMA DEL TERMÓMETRO DEPENDERÁ DE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA.
3	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS INDIQUE EN EL RENGLON 16 EN EL PUNTO 13.1 A QUE CANTIDADES ESPECÍFICAS SE REFIERE YA QUE DEPENDE DE LA MARCA ES LA PRESENTACION DEL CONSUMIBLE.	5 CAJAS DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO Y 5 CAJAS DE LANCETAS ESTERILES, ASSEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO.
4	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE SE NOS APOYE NUMERANDO LA FICHA TECNICA DEL RENGLON NUMERO 82 PARA PODER RELACIONARLO CON LA FICHA TECNICA.	APEGARSE A BASES, YA QUE ESTA FICHA NO ES MODIFICABLE, SIENDO REGULADA POR TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.
5	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE REFERENTE AL RENGLON 82 SE NOS PERMITA OFERTAR UN PRODUCTO CON LA CAPACIDAD DE SALIDA DE 65 HOJAS	NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES
6	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EN CASO DE SER POSITIVA SU RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR SE NOS PERMITA OFERTAR UN PRODUCTO CON CONECTIBILIDAD IOS PARA IMPRESIONES MÓVILES YA QUE IOS ES QUIEN LE DA LA ORDEN A LOS EQUIPOS APPLE PARA PODER OPERAR Y EL APPLE AIRPRINT ES MEDIANTE WIFI	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES

CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA. -----



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RESPECTO A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS FEHLMEX S.A. DE C.V., DEWIMED S.A., C. ARLETT TRUJILLO MÉNDEZ, GRUMX ASOCIADOS S.A. DE C.V., IT SOLUTIONS SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA Y REDES S.A.P.I. DE C.V., SINCRONIA MÉDICA APLICADA S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A DE C.V. Y GRUPO MOBS S.A. DE C.V., QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, MANIFIESTAN NO TENER OBJECIÓN ALGUNA, ACEPTANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES FIRMANDO DE CONFORMIDAD, -CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS BASES.-----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA Y SUS MODIFICACIONES Y ACLARACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/licitaciones-publicas-nacionales-2023/> SIGNIFICANDO QUE TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE SERÁN OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS LICITANTES. -----

SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR, QUE DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.-----

SE REITERA A LOS PARTICIPANTES QUE DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, **EL ACUSE DEBIDAMENTE SELLADO EN ORIGINAL Y COPIA DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EL CUAL EL LICITANTE DEBÍO HABER PRESENTADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, EN CASO DE QUE SEA PERSONA MORAL, DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD. DE ACUERDO AL **ANEXO 9** SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.2.22 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. -----

FINALMENTE SE REITERA QUE EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **25 DE JULIO DEL 2023, A LAS 13:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.-----



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

5. - EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **16:00 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA.

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

ING. NORMA ELIZABETH RODRIGUEZ TORA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA

L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES
SÁNCHEZ
COTIZADORA ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVON
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO

COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
MSI. KARLO POMMIER GRANILLO	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.	



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

POR LOS LICITANTES

No.	DENOMINACIÓN DE LA PERSONA MORAL Y/O FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	FEHLMEX S.A. DE C.V.	C. AURELIANO RAMIREZ VÁZQUEZ	
2	DEWIMED S.A.	C. MARGARITA NAVA BARRAGÁN	
3	C. ARLETT TRUJILLO MÉNDEZ	C. ZURISADDAY TRUJILLO MÉNDEZ	
4	GRUMX ASOCIADOS S.A. DE C.V.	C. FRIDA MARLENE PANDO LÓPEZ	
5	IT SOLUTIONS SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA Y REDES S.A.P.I. DE C.V.	C. ERICK SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	
6	SINCRONIA MÉDICA APLICADA S.A. DE C.V.	C. LILIANA IVONNE DUNCAN CANALES	
7	DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A. DE C.V.	C. HÉCTOR CASTRO SÁNCHEZ	
8	GRUPO MOBS S.A. DE C.V.	C. JOSE MARÍA TAGANO RUIZ	

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-017-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2023.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-017-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2023

MODIFICACION 1

NO.	CLAVE	CONCEPTO	HOSPITAL "PEDRO CORONEL PÉREZ" DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	TOTAL
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
1	531.081.0063	ASPIRADOR PARA USO QUIRÚRGICO	0	0	2	0	2
2	531.081.0014	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCIÓN CONTINUA	2	2	5	0	9
3	531.060.0134	ANTEOJOS EMPLOMADOS	2	2	2	1	7
4	531.110.0209	BÁSCULA ELECTRONICA NEONATAL	3	3	4	3	13
5	531.113.0032	BLINDAJE PARA GONADAS	2	2	2	1	7
6	S/C	CÁMARA CEFALICA (JUEGO)	2	3	2	2	9
7	531.175.0011	CAPNÓGRAFO CON OXÍMETRO	2	3	1	1	7
8	531.292.0258	CARDIOTOCOGRAFO	0	2	3	0	5
9	531.234.0010	COLLARIN DE PLOMO	1	2	2	1	6
10	S/C	CONTADOR ELECTRÓNICO DE OCHO TECLAS	2	3	2	1	8
11	531.848.0013	EQUIPO PARA TAMIZ AUDITIVO A TRAVÉS DE EMISIÓNES OTOACÚSTICAS Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS AUTOMATIZADOS	2	2	2	1	7
12	531.385.1056	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	2	1	2	2	7
13	531.375.0159	ESTETOSCOPIOS DE PINARD	4	4	4	3	15
14	531.295.1188	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON LED	3	4	4	2	13
15	531.292.0019	FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES	5	7	6	4	22
16	531.345.0016	GLUCÓMETRO	15	15	15	15	60
17	531.455.0053	GUANTES DE PLOMO	0	0	0	1	1
18	531.497.0020	INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	1	1	0	1	3
19	S/C	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE UN LED, CABEZAL PEQUEÑO	5	10	13	10	38
20	531.562.0046	LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DE PEDESTAL DE LED'S	2	2	2	2	8
21	531.562.1010	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	0	0	0	1	1
22	531.562.0905	LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA DE LED	1	2	2	2	7
23	531.562.0707	LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED	0	1	1	1	3
24	531.572.0465	LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO	1	2	1	1	5
25	531.572.0507	LAVADORA ULTRASÓNICA	2	2	2	1	7
26	531.601.0056	MANDIL EMPLOMADO	2	2	2	2	8
27	531.616.5108	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRÁULICA.	1	1	1	2	5
28	531.619.0403	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	5	5	7	4	21
29	531.619.0403	MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO	2	0	0	1	3
30	513.634.0030	NEGATOSCOPIO LED (UN CAMPO)	4	4	4	4	16
31	513.634.0030	NEGATOSCOPIO LED (DOS CAMPOS)	2	2	2	2	8
32	531.667.0081	OXÍMETRO DE PULSO	5	6	5	4	20
33	531.341.2479	RAYOS X MÓVIL DIGITAL AVANZADO	1	0	1	1	3
34	S/C	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (JUEGO)	4	5	4	4	17
35	531.784.0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA ADULTO	4	4	3	3	14
36	531.784.0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA NEONATAL	3	4	3	2	12

1 DE 9

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-017-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN
DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL
DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2023

MODIFICACION 1

NO.	CLAVE	CONCEPTO	HOSPITAL "PEDRO CORONEL PÉREZ" DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	TOTAL
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
37	531.807.0017	SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN	2	2	2	1	7
38	S/C	TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL	15	15	16	15	61
39	531.053.0372	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1	1	1	2	5
40	531.328.0181	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	0	1	1	2	4
41	531.941.0980	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	1	2	1	1	5
42	531.941.0279	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO	1	2	1	0	4
43	S/C	VIDEOLARINGOSCOPIO	1	2	1	1	5
44	S/C	ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS	7	8	8	7	30
45	519.104.0251	BANCA VESTIDOR PARA BAÑO	4	5	5	4	18
46	513.108.0052	BANCO GIRATORIO ALTO CON RESPALDO	4	6	5	4	19
47	513.123.0244	BANQUETA DE ALTURA	10	10	10	10	40
48	513.352.0205	BANQUETA DE ALTURA DOS ESCALONES	4	5	5	4	18
49	519.132.0059	BOTE DE CAMPANA MEDIANO	10	10	10	9	39
50	513.138.0056	BOTE SANITARIO CON TAPA DE PEDAL	10	10	10	9	39
51	513.143.0059	BURO CON CAJÓN HOSPITALARIO	0	5	0	0	5
52	531.156.0147	CAMA CAMILLA RADIOTRASPERANTE	2	2	2	1	7
53	S/C	CAMA CUNA HOSPITALARIA CON BARANDAL	0	2	0	0	2
54	S/C	CAMILLA DE RECUPERACIÓN	2	0	2	2	6
55	519.160.0104	CARRO ASEO FORMA TIJERA	3	3	3	3	12
56	513.191.0308	CARRO PARA CURACIONES	3	4	3	3	13
57	513.191.0456	CARRO PARA ROPA SUCIA (TANICO)	4	3	3	3	13
58	513.191.0407	CARRO PORTAEXPEDIENTES	3	3	3	3	12
59	S/C	CESTO ACERO INOXIDABLE	2	3	2	2	9
60	513.245.0056	CÓMODO PARA ADULTO DE ACERO INOXIDABLE	15	15	15	15	60
61	S/C	CUNA BACINETE PARA RECIÉN NACIDO CON COLCHON	4	4	4	4	16
62	513.355.0102	ESCRITORIO MÉDICO	4	5	5	4	18
63	S/C	ESTANTE GUARDA ESTÉRIL 90 CMS ACERO INOXIDABLE	7	8	6	5	26
64	S/C	INFANTÓMETRO DE ACRÍLICO	3	4	3	3	13
65	S/C	JABONERA DE PEDAL	2	2	2	2	8
66	S/C	MESA DE 120 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA	1	1	1	1	4
67	S/C	MESA BAJA DE 120 CM DE ACERO INOXIDABLE	4	4	3	3	14
68	513.621.1454	MESA PARA ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDOS	1	2	1	1	5
69	513.621.0357	MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA TIPO PILCHER	0	1	0	0	1
70	513.616.0977	MESA TRASPORTADORA DE INSTRUMENTAL	3	4	3	3	13
71	513.621.1306	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN	0	0	3	0	3
72	513.635.0054	ORINAL PARA VARONES DE ACERO INOXIDABLE	10	10	10	10	40
73	S/C	CUBETA RODABLE CON PORTACUBETA	11	12	11	11	45

2 DE 9

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-017-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2023

MODIFICACION 1

NO.	CLAVE	CONCEPTO	HOSPITAL "PEDRO CORONEL PÉREZ" DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	TOTAL
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
74	513.731.0339	PORTALEBRILLOS DOBLE	4	4	4	4	16
75	513.732.0015	PORTAMANDIL	2	2	2	2	8
76	513.907.0055	PORTAVENCLISIS RODABLE	10	10	11	8	39
77	S/C	RELOJ DE PARED PARA QUIROFANO DE ACERO INOXIDABLE	2	2	2	2	8
78	S/C	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES	6	6	6	4	22
79	S/C	SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS	1	1	1	1	4
80	S/C	SILLA PLASTICA DE BAÑO	4	4	4	4	16
81	515.957.0232	VITRINA DE 90 CM CONTRAMURO	5	10	6	4	25
82	S/C	EQUIPO MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMÁTICO	7	9	8	5	29
83	529.356.0057	ENFRIADOR/CALEFACTOR DE AGUA	8	10	10	7	35
84	S/C	PANTALLA LED 40"	3	4	4	3	14
85	511.026.0410	ANAQUEL PARA CARGAS PESADAS	5	7	5	5	22
86	511.076.0351	ARCHIVERO 4 GAVETAS	8	6	8	6	28
87	S/C	BANCA TANDEM 3 LUGARES	4	4	5	4	17
88	S/C	BANCA TANDEM 4 LUGARES	4	4	5	4	17
89	511.109.0055	BANCO ALTO PARA TALLER	4	2	3	3	12
90	S/C	BOTE DE CAMPANA GRANDE DE PLASTICO 42L	4	4	4	3	15
91	519.160.0138	CARRO PARA SUPERMERCADO	2	2	2	2	8
92	S/C	CASILLERO TRIPLE	14	14	14	14	56
93	511.232.0022	CESTO PARA PAPELES	10	12	12	11	45
94	519.315.0017	ESCALERA DE 3 PELDAÑOS	4	5	4	4	17
95	S/C	HORNO DE MICROONDAS	3	3	3	2	11
96	S/C	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON ARCHIVERO	5	6	6	6	23
97	511.451.0158	GABINETE UNIVERSAL	3	4	4	3	14
98	S/C	MESA PARA COMEDOR 4 SILLAS	3	3	3	2	11
99	511.619.0504	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TELEFONO	8	8	9	8	33
100	S/C	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CMS	5	6	5	4	20
101	511.836.0287	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	13	15	15	12	55
102	S/C	TABLERO DE CORCHO DE 120 X 90 CM	5	6	5	5	21
103	531.291.0028	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MÓDULO INTEGRADO	0	0	0	1	1
104	S/C	TINA ULTRASÓNICA	1	1	1	1	4
105	531.385.1080	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	1	1	1	0	3
106	537.025.0069	ALVEOLOTOMO MEAD PINZA GUBIA LONGITUD 17 CM.	1	1	1	1	4
107	537.065.0052	APLICADOR. APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO.	5	5	5	5	20
108	537.079.0015	ARCO. ARCO YOUNG PORTA DIQUE DE HULE.	1	1	1	1	4
109	537.105.0179	BISTURÍ. BISTURÍ GOLDMAN FOX. N° 7.	1	1	1	1	4

3 DE 9

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-017-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2023

MODIFICACION 1

NO.	CLAVE	CONCEPTO	HOSPITAL "PEDRO CORONEL PÉREZ" DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	TOTAL
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
110	537.151.0016	BOTA FRESA. BOTA FRESA BORDEN: ADITAMENTO PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD.	2	2	2	2	8
111	535.260.2154	CUCHARILLA LUCAS DE DOBLE EXTREMO 17 CM DE LONGITUD.	1	1	1	1	4
112	537.251.0015	CURETA. CURETA MC CALL DERECHA E IZQUIERDA. JUEGO.	1	1	1	1	4
113	537.251.0098	CURETA. CURETA CK-6 DE DOBLE EXTREMO.	1	1	1	1	4
114	537.327.0452	ELEVADOR BEIN CON MANGO METÁLICO RECTO ACANALADO DE 2 O 3 MM ANCHO DE HOJA.	1	1	1	1	4
115	537.327.0551	ELEVADOR BUZO DENTOMAXILAR. ELEVADOR APICAL FLOHR CON MANGO METÁLICO CON BRAZO ANGULADO EXTREMO FINO Y CORTO DERECHO.	1	1	1	1	4
116	537.327.0700	ELEVADOR BUZO DENTOMAXILAR. ELEVADOR APICAL FLOHR CON MANGO METÁLICO CON BRAZO ANGULADO EXTREMO FINO Y CORTO IZQUIERDO.	1	1	1	1	4
117	537.327.0957	ELEVADOR BUZO DENTOMAXILAR. ELEVADOR TIPO CRYER WHITE DE BANDERA DERECHO CON MANGO METÁLICO EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA.	1	1	1	1	4
118	537.327.1104	ELEVADOR BUZO DENTOMAXILAR. ELEVADOR TIPO CRYER WHITE DE BANDERA IZQUIERDO CON MANGO METÁLICO EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA.	1	1	1	1	4
119	537.327.2664	ELEVADOR BUZO DENTOMAXILAR. ELEVADOR BEIN CON MANGO METÁLICO RECTO ACANALADO DE 4 MM. ANCHO DE HOJA.	1	1	1	1	4
120	537.327.2805	ELEVADOR SELDIN, CON MANGO METÁLICO DE BANDERA, EXTREMO EN ÁNGULO RECTO, CON HOJA PEQUEÑA DERECHA.	1	1	1	1	4
121	537.327.2813	ELEVADOR SELDIN, CON MANGO METÁLICO DE BANDERA, EXTREMO EN ÁNGULO RECTO, CON HOJA PEQUEÑA IZQUIERDA.	1	1	1	1	4
122	537.370.0128	ESPÁTULA PARA RESINA, DE PLÁSTICO, CON DOBLE PUNTA DE TRABAJO.	5	5	5	5	20
123	537.370.0029	ESPÁTULA. ESPÁTULA METÁLICA DEL NO. 3 DE DOBLE EXTREMO UNO RECTANGULAR Y OTRO DE PUNTA DE LANZA.	1	1	1	1	4
124	537.383.0081	ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO. N° 5.	20	20	20	20	80
125	537.397.0168	EXCAVADOR. EXCAVADOR TIPO WHITE. NO. 17.	10	10	10	10	40
126	535.409.0531	EXPLORADOR. EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO. N° 5.	10	10	10	10	40
127	537.426.0189	FÓRCEPS DENTAL. FÓRCEPS. N° 151.	1	1	1	1	4
128	537.426.0171	FÓRCEPS DENTAL. FÓRCEPS. N° 17.	1	1	1	1	4
129	537.426.0460	FÓRCEPS DENTAL. FÓRCEPS. N° 53 DERECHO.	1	1	1	1	4
130	537.426.0270	FÓRCEPS DENTAL. FÓRCEPS. N° 53 IZQUIERDO.	1	1	1	1	4
131	537.426.0155	FÓRCEPS DENTAL. FÓRCEPS. N° 65.	1	1	1	1	4
132	537.426.0221	FÓRCEPS N° 101.	1	1	1	1	4
133	537.426.0411	FÓRCEPS N° 69.	1	1	1	1	4
134	537.426.0197	FÓRCEPS N° 150.	1	1	1	1	4
135	537.426.0023	FÓRCEPS N° 23.	1	1	1	1	4

4 DE 9

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-017-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2023

MODIFICACION 1

NO.	CLAVE	CONCEPTO	HOSPITAL "PEDRO CORONEL PÉREZ" DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	TOTAL
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
136	S/C	HACHUELA PARA REMOVER TEJIDO CARIOSO NO. 15/15	1	1	1	1	4
137	S/C	HACHUELA PARA REMOVER TEJIDO CARIOSO NO. 17/18	1	1	1	1	4
138	537.547.0019	JERINGA CARPULE	10	10	10	10	40
139	S/C	JUEGO DE GRAPAS	1	1	1	1	4
140	S/C	JUEGO DE PROFILAXIS 8 INSTRUMENTOS	2	2	2	2	8
141	535.567.0059	LEGRA MEAD MANGO RECTO DOBLE EXTREMO.	1	1	1	1	4
142	537.565.0180	LEGRA SELDIN, DOBLE EXTREMO ANGULADO, PUNTA DE TRABAJO MEDIA CAÑA.	1	1	1	1	4
143	537.602.0409	MANGO. MANGO PARA ESPEJO DENTAL METÁLICO MACIZO ROSCA SENCILLA.	10	10	10	10	40
144	537.661.0597	OBTURADOR. OBTURADOR TIPO ESTIQUES DOBLE EXTREMO.	1	1	1	1	4
145	S/C	PIEDRA DE ARKANSAS PARA AFILAR INSTRUMENTAL DE 10X4X1 CM, BLANCA	1	1	1	1	4
146	537.703.9598	PINZA DE CURACIÓN COLLEGE O LONDON-COLLEGE LONGITUD DE 150 A 155 MM.	10	10	10	10	40
147	537.703.7493	PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA AINSWORTH LONGITUD DE 160 A 165 MM.	1	1	1	1	4
148	537.702.0531	PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA BREWER PORTA GRAPAS PARA DIQUE DE HULE LONGITUD DE 170 A 175 MM.	1	1	1	1	4
150	537.719.0052	PORTA MATRIZ. PORTA MATRIZ PARA BANDA DE CELULOIDE.	1	1	1	1	4
151	537.720.0018	PORTA SERVILLETAS. MODELO MARTIN O ADAMS CON CADENA.	1	1	1	1	4
152	537.173.2511	SONDA PERIODONTAL W O WHO.	1	1	1	1	4
153	537.860.0018	TIRAPUENTE. TIRAPUENTES MILLER CON TRES PUNTAS DIFERENTES.	1	1	1	1	4
154	S/C	SET DE VENODISECCIÓN	1	1	1	1	4
155	S/C	SET DE ATENCIÓN DE PARTO	8	5	8	8	29
156	S/C	SET DE CESÁREA	4	3	3	3	13
157	S/C	SET PARA RETIRO DE PUNTOS	5	5	5	5	20
158	S/C	SET DE CURACIÓN	5	5	5	5	20
159	537.830.0327	SET DE CIRUGÍA MENOR	3	3	3	3	12
160	S/C	SET DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA	2	2	2	2	8
161	537.830.1052	SET DE TRAQUEOSTOMÍA	1	1	1	1	4
162	S/C	SET DE INSTRUMENTAL PARA LEGRADO	2	2	2	2	8
163	S/C	SET INSERCIÓN DIU	6	4	4	4	18
164	S/C	SET DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL	0	0	1	1	2
165	S/C	SET DE ASEO VULVAR	4	4	5	4	17
166	S/C	SET DE CIRCUNCIÓN	1	0	1	1	3
167	S/C	SET DE COLECISTECTOMÍA	3	3	3	3	12
168	S/C	SET DE EPIDIDIMO Y VASECTOMÍA	1	1	1	1	4
169	537.830.0888	SET DE HEMORROIDECTOMÍA	2	0	2	2	6
170	S/C	SET DE INSTRUMENTAL OBSTÉTRICO	2	2	2	2	8
171	S/C	SET DE SALPINGOCLASIA.	5	3	3	3	14
172	537.830.0686	SET AMPUTACIÓN	2	2	2	2	8

5 DE 9

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-017-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2023

MODIFICACION 1

NO.	CLAVE	CONCEPTO	HOSPITAL "PEDRO CORONEL PÉREZ" DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	TOTAL
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
173	S/C	SET DE ATENCIÓN A RECIÉN NACIDO	8	6	8	6	28
174	S/C	SET DE HISTERECTOMÍA ABDOMINAL	2	1	2	2	7
175	S/C	SET HISTERECTOMÍA VAGINAL	2	2	2	2	8
176	S/C	SET DE EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO	2	2	2	2	8
177	S/C	SET DE INSTRUMENTAL PARA ASEPSIA	6	5	5	5	21
178	S/C	EQUIPO PARA TÉCNICA ZEA	1	2	1	2	6
179	537.830.0512	SET DE RODILLA	2	0	0	0	2
180	537.830.0464	SET DE CIRUGÍA DE MANO	1	0	0	0	1
181	537.830.0332	SET DE CIRUGÍA GENERAL ADULTO	4	3	3	5	15
182	535.859.0841	TIJERA METZEMBAUM, RECTA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD 28 CM.	0	1	2	0	3
183	535.859.0999	TIJERA METZEMBAUM, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 28 CM.	0	1	2	0	3
184	535.859.0973	TIJERA METZEMBAUM, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 23 CM.	0	1	0	0	1
185	535.859.0429	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 23 CM.	0	1	0	0	1
186	535.859.0288	TIJERA METZENBAUM, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	0	1	5	0	6
187	535.859.1070	TIJERA METZENBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	0	1	5	0	6
188	535.859.1286	TIJERA IRIS, CURVA, LONGITUD 12 CM.	1	2	1	1	5
189	535.859.1328	TIJERA IRIS, RECTA, LONGITUD 12 CM.	0	1	0	0	1
190	537.680.0016	PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 255 A 275 X 115 MM Y CAPACIDAD DE 4 A 4.5 LITROS DE BASE ANCHA.	0	1	0	0	1
191	535.701.0320	PINZA ADSON, CON DIENTES MÚLTIPLES PARALELOS, LONGITUD 12 CM.	0	5	0	0	5
192	535.701.0817	PINZAS HALSTED MOSQUITO CURVA. 10CM	0	6	0	0	6
193	535.701.0874	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	0	8	0	0	8
194	535.701.2318	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	0	8	0	0	8
195	535.701.4363	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	0	2	0	0	2
196	535.701.4843	PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110 A 120 MM, DE LONGITUD.	0	5	0	0	5
197	535.716.1735	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM	5	7	5	10	27
198	535.814.6826	SEPARADOR WEITLANER, CON MECANISMO DE AUTORRETENCIÓN, CON 3 X 4 DIENTES ROMOS, LONGITUD DE 165 MM.	0	1	0	0	1
199	535.859.0494	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	5	8	8	5	26
200	537.089.0260	ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (CHICA).	0	1	0	0	1
201	537.089.0344	ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (MEDIANA)	0	3	0	0	3
202	537.702.2388	PINZAS DE DISECCIÓN DEBAKEY, CON PUNTA DE 2.0 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM.	0	1	0	0	1
203	537.702.4541	PINZA BULLDOG CURVO, DE 115 MM. A 120 MM. DE LONGITUD.	0	1	0	0	1

6 DE 9

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-017-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2023

MODIFICACION 1

NO.	CLAVE	CONCEPTO	HOSPITAL "PEDRO CORONEL PÉREZ" DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	TOTAL
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
204	537.702.7155	PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.3 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM	0	1	0	0	1
205	537.716.1228	PORTA AGUJAS HALSEY O CRILLE-WOOD, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	0	3	0	0	3
206	537.857.1714	TIJERA USA PARA CORDON UMBILICAL, LONGITUD 105 MM	0	3	0	0	3
207	537.857.2289	TIJERA VASCULAR MICRO CX CURVA. 18 CM	0	2	0	0	2
208	537.105.0245	BISTURI QUIRÚRGICO, MANGO N° 3, CON ESCALA.	3	3	0	0	6
209	537.147.0021	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 250 ML	10	10	10	10	40
210	537.147.0017	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 25 X 16 CM Y 700 ML.	11	11	11	11	44
211	535.701.1294	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	4	0	0	0	4
212	535.701.0098	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	4	0	0	0	4
213	537.703.8483	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	4	0	0	0	4
214	535.701.9743	PINZA ADSON, SIN DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	4	0	0	0	4
215	537.703.9655	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	4	0	0	0	4
216	535.701.0734	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	10	0	0	0	10
217	537.702.4814	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 220 A 225 MM	5	0	0	0	5
218	535.701.1310	PINZA ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 180 A 200 MM.	5	0	0	0	5
219	535.716.2006	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL Y ESTRÍAS CRUZADAS, LONGITUD 30 CM.	2	0	0	5	7
220	537.857.2217	TIJERA METZEMBAUM CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	4	0	0	0	4
221	535.859.4710	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM	4	0	0	5	9
222	537.814.4140	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM. X 55 A 62 MM., LONGITUD DE 240 MM	2	0	0	4	6
223	537.814.9008	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM.	2	0	0	4	6
224	535.701.1203	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM	8	5	5	5	23
225	537.703.1140	PINZA MAGILL, RAMAS ANGULADAS, LONGITUD DE 190 A 205 MM.	2	0	0	0	2
226	537.703.1116	PINZA MAGILL, RAMAS ANGULADAS, LONGITUD DE 240 A 255 MM.	2	0	0	0	2
227	535.716.1206	PORTA AGUJA METZEMBAUM, RECTO, FENESTRADO, ESTRÍAS CRUZADAS, LONGITUD 15.2 CM.	2	0	0	0	2
228	537.814.2763	SEPARADOR BALFOUR-BABY, CON VALVA CENTRAL DE 20 A 24 MM. X 22 A 24 MM., APERTURA MÁXIMA DE 90 MM	1	0	0	0	1
229	537.814.2755	SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MÁXIMA DE 250 A 255 MM.	1	0	0	0	1
230	537.227.0040	CONDUCTOR O MANDRIL UNIVERSAL, CON MANGO T.	1	0	0	0	1

7 DE 9

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-017-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN
DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL
DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2023

MODIFICACION 1

NO.	CLAVE	CONCEPTO	HOSPITAL "PEDRO CORONEL PÉREZ" DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	TOTAL
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
231	537.263.1456	CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA REDONDA NO. 00.	1	0	0	0	1
232	537.263.1464	CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA REDONDA NO. 0.	1	0	0	0	1
233	537.263.1472	CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA REDONDA NO. 1.	1	0	0	0	1
234	537.263.1480	CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA REDONDA NO. 2.	1	0	0	0	1
235	537.263.1498	CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA REDONDA NO. 4.	1	0	0	0	1
236	537.263.1423	CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIADO, COPA REDONDA, DEL NO. 5.	1	0	0	0	1
237	537.263.1431	CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIADO, COPA REDONDA, DEL NO. 6.	1	0	0	0	1
238	537.286.0386	DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQUEÑO CON SUJETADOR AUTOMÁTICO DE TORNILLOS, PUNTA DE 2.5 MM.	2	0	0	0	2
239	537.286.0329	DESATORNILLADOR HEXAGONAL, CANULADO, GRANDE CON ACOPLE DE ANCLAJE RÁPIDO.	2	0	0	0	2
240	060.337.0305	ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE RECARGABLE CON DIFERENTES LONGITUDES DE EJE: 6 CM, 16 CM O 26 CM PARA USO CON CARTUCHOS ARTICULADOS DE 30 MM, 45 MM Y 60 MM.	3	0	0	0	3
241	535.907.0553	TRÓCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, 14 FR DE CALIBRE, LONGITUD 15 CM.	2	0	0	0	2
242	535.859.1021	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM.	2	0	0	0	2
243	535.716.1792	POR TA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	5	5	5	5	20
244	535.701.0924	PINZA HALSTED MOSQUITO O MICRO MOSQUITO O HARTMAN, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	6	8	0	0	14
245	535.701.1831	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA,ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM	4	0	0	0	4
246	535.716.0190	POR TA AGUJA FINOCHIETO, LONGITUD 14.6 CM.	2	0	0	0	2
247	531.687.0012	POR TA ABATELNGUAS CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE	8	10	8	8	34
248	535.814.0266	SEPARADOR VOLKMANN, CON 2 GARIOS ROMOS, LONGITUD DE 110 A 120 MM	2	0	0	0	2
249	535.814.0480	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 MM	2	0	0	0	2
250	535.859.0718	TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON BOTÓN	3	0	0	0	3
251	535.859.0056	TIJERA LITTAUER, RECTA, LONGITUD DE 135 A 140 MM.	2	0	0	0	2
252	535.701.1419	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM	2	0	0	0	2
253	537.704.1180	PINZA BIPOLAR PARA COAGULACIÓN TIPO BAYONETA, CONPUNTA ROMA DE 1 MM, CONEXIÓN AL CABLE DE TIPO DOBLE PLACA, DE ACERO INOXIDABLE, REUSABLE. CONLONGITUD DE: 16.5 CM	1	0	0	0	1
254	535.814.6032	JUEGO DE SEPARADORES DEAVERS CON MANGO, HOJAS DE 18 A 75 MM, DE ANCHO X 175 A 300 MM, DE LONGITUD	1	0	0	0	1
255	537.457.0389	GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONGITUD DE 260 A 270 MM.		1			1
256	535.814.3609	SEPARADOR SULLIVAM CON TRES VALVAS SEPARADOR O'SULLIVAN O'CONNOR, CON TRES HOJAS INTERCAMBIABLES	2	0	0	0	2

8 DE 9

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-017-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2023

MODIFICACION 1

NO.	CLAVE	CONCEPTO	HOSPITAL "PEDRO CORONEL PÉREZ" DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	TOTAL
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
257	535.701.1609	PINZA BABCOCK, RECTA, LONGITUD DE 170 A 200 MM.	4	0	0	0	4
258	535.702.0147	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	6	0	0	0	6
259	513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, DE 250 A 500 ML DE CAPACIDAD.	0	7	0	0	7
260	513.887.0059	TORUNDEROS DE 250ML	21	21	21	21	84
261	513.950.0119	VASO METÁLICO: 100 O 200 ML.	10	10	10	10	40
262	535.701.1880	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	2	0	0	0	2
263	537.702.0952	PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM.	0	0	0	4	4
264	535.701.1955	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	2	0	0	0	2
265	535.859.4850	TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 225 A 230 MM	0	0	5	5	10
266	535.859.4876	TIJERA MAYO-STILLE, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 170 MM.	0	0	5	5	10
267	535.156.0031	CÁNULA YANKAWER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE, 22.8 CM DE LONGITUD.	0	0	0	10	10
268	537.702.4707	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	0	0	0	10	10
269	535.716.0299	PORTA AGUIA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL ESTRÍAS CRUZADAS, LONGITUD 20 CM	0	0	0	5	5
270	535.477.0116	HISTERÓMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACIÓN Y BOTÓN EN LA PUNTA, 4 MM DE DIÁMETRO, 31 CM DE LONGITUD.	0	0	0	5	5
271	535.814.6446	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	0	0	0	2	2
272	535.814.6552	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	0	0	0	4	4
273	535.814.6487	SEPARADOR ADSON DE 5 X 4 GARIOS AGUDOS, LONGITUD DE 310 A 320 MM.	0	0	0	2	2
274	535.814.6412	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 20 A 28 MM. X 20 A 25 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	0	0	0	2	2
275	S/C	VALVA SIMS CHICO	0	0	0	2	2
276	S/C	VALVA SIMS MEDIANO	0	0	0	2	2
277	S/C	VALVA SIMS GRANDE	0	0	0	2	2
278	S/C	VALVA SUPRAPÚBLICA	2	0	0	0	2
279	S/C	LEBRILLOS METÁLICOS 2000 ML DE ACERO INOXIDABLE	10	10	10	10	40
280	S/C	PINZAS DE ÁNGULO	2	0	0	0	2
281	S/C	PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA CURVA	4	0	0	0	4
282	S/C	PINZA MIXTER DE ÁNGULO 22 CM	2	0	0	0	2
283	S/C	PINZA DEBAKEY LEES ANGULAR 22 CM	2	0	0	0	2
284	S/C	PINZAS HEMOSTÁTICAS DE ÁNGULO RECTO	2	0	0	0	2

9 DE 9