



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-020-2023 RELATIVA AL MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LA RED HOSPITALARIA DE SESVER 2023.

EN LA CIUDAD DE XALAPA – ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **17:00 HORAS** DEL DÍA **12 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS 21, 22, 23 y 24 DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, XALAPA, VER., LOS C.C. **LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; **C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, **ING. ABRAHAM MOLINA GONZÁLEZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES; **ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ACOSTA**, REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, **LIC. ELSA MARIA VILLARAUX CERVÓN**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; Y **LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO**, COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LOS C.C. **LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA** Y **MSI. KARLO POMMIER GRANILLO**, REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADOS MEDIANTE OFICIO NO. **OIC/SS-SESVER/FI/2075/2023**, A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-020-2023 RELATIVA AL MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LA RED HOSPITALARIA DE SESVER 2023.

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.-----
- 2.- PRESENTACIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) LICITANTE(S).-----
- 3.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. -----
- 4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA(S) EMPRESA(S) LICITANTE(S). -----
- 5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-020-2023 RELATIVA AL MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LA RED HOSPITALARIA DE SESVER 2023.

A



Handwritten signatures and initials in blue ink.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

-----HECHOS-----

1.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

| NOMBRE | CARGO |
|-----------------------------------|---|
| LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA | SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES |
| C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
| ING. ABRAHAM MOLINA GONZÁLEZ | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ACOSTA | REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| LIC. ELSA MARIA VILLARAUX CERVÓN | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA |
| LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO | COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

| NOMBRE | CARGO |
|-----------------------------|--|
| LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA | REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. |
| MSI. KARLO POMMIER GRANILLO | |

2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, ASÍ COMO DE LOS REPRESENTANTES QUE ASISTIERON A ESTE ACTO. -----

POR LOS LICITANTES

| No. | EMPRESA | REPRESENTANTE DE LA EMPRESA |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1 | ABIEL INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V. | C. ANAHI DURÁN SANGABRIEL |
| 2 | GRUPO MÉXICO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO S.C. | C. JUAN DE DIOS SANGABRIEL VALERIANO |

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-020-2023 RELATIVA AL MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LA RED HOSPITALARIA DE SESVER 2023.

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

QUIENES ACREDITAN SU PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SU PARTICIPACIÓN DE ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 22 DE LA BASES.-----

3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE SE REALIZAN **LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES A LAS BASES:**

MODIFICACIÓN 1:

DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NÚMERO **SESVER/DA/DSG/SMEEE/3136/2023**, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, ING. ABRAHAM MOLINA GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL **SOLICITA CAMBIO DEL ANEXO TÉCNICO Y DIRECTORIO**, DERIVADO DE NECESIDADES EN LAS UNIDADES MÉDICAS; EL CUAL SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

MODIFICACIÓN 2:

SE AGREGA AL PROEMIO DE LAS PRESENTES BASES COMO PÁRRAFO QUINTO LO SIGUIENTE:

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE APROBÓ EN LA **QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA** DE FECHA 07 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO **11/EXT.05/2023**, LA HABILITACIÓN DE DÍAS INHÁBILES DENTRO DEL PERIODO DE VACACIONES 2023.

4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE ACUERDO AL OFICIO **SESVER/DA/DSG/SMEEE/3136/2023**, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, ING. ABRAHAM MOLINA GONZÁLEZ.-----

1.- PROVEEDOR: ABIEL INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

| No. | PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|-----|--|--|
| 1 | PUNTO 4 EL PERIODO DE GARANTIA DEL MANTENIMIENTO REALIZADO MENCIONA QUE ES DE 90 DIAS NATURALES. ¿SI EL EQUIPO PRESENTA UN DESPERFECTO EN SU FUNCIONAMIENTO A LOS 15 DIAS DE HABER REALIZADO EL SERVICIO, EMPREZARAN NUEVAMENTE LOS 90 DIAS? | NO, EL PERIODO DE GARANTIA SOLO ES DE 90 DIAS NATURALES. |

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-020-2023 RELATIVA AL MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECAÑICOS DE LA RED HOSPITALARIA DE SESVER 2023.



2023, 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

| | | |
|---|--|--|
| 2 | PUNTO 5. MENCIONA LOS HORARIOS DE ATENCION QUE SON DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18 HORAS Y SABADOS DE 9:00 A 14 HORAS. ¿SI EL MANTENIMIENTO QUEDA INCONCLUSO EL DIA SABADO PUEDO REGRESAR EL DIA DOMINGO Ó SERIA HASTA EL DIA LUNES NUEVAMENTE? | APEGARSE A BASES, PUNTO 5. |
| 3 | PUNTO 6 ¿ES NECESARIO DEJAR ESCRITO DONDE SE PUEDEN HACER LLEGAR LAS NOTIFICACIONES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL EQUIPO? | APEGARSE A BASES, PUNTO 25.5 INCISO BB) |
| 4 | PUNTO 25.5 INCISO G) SOLICITAN MINIMO 5 CONTRATOS DE SERVICIOS DE IGUAL NATURALEZA QUE LA DE LA PRESENTE LICITACION ¿ESTOS DEBEN SER CONSECUTIVOS O PUEDEN SER POR EJEMPLO AÑOS 2022, 2020, 2018, 2016 Y 2014? | APEGARSE EN LO DESCRITO EN EL PUNTO 25.5 INCISO G),. |
| 5 | PUNTO 13 MENCIONA QUE LAS VISITAS A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS SON LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JULIO PARA SER TOMADOS EN CUENTA LOS ASPECTOS RESULTANTES DE ESTAS PARA ELABORACION DE PROPUESTAS, ADEMAS DE PRESENTAR SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INGRESO A LAS UNIDADES. ¿DEBO ESPERAR RESPUESTA POR OFICIO DE DICHA AUTORIZACION PARA PODER INGRESAR A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS? | APEGARSE A BASES PUNTO 13. |
| 6 | PUNTO 25, 5.3 ¿SE PUEDEN ENTREGAR MAS DE UN SOBRE DE LA PROPUESTA ECONOMICA Y MAS DE 1 DE LA PROPUESTA ECONOMICA? | APEGARSE A BASES PUNTO 25, 5.4 |
| 7 | EN EL ANEXO 14, RELATIVO A LAS VISTAS A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, SE SOLICITA EN UN PRIMER PUNTO LA FIRMA DE DIRECTOR Y/O ADMINISTRADOR, EN SEGUNDO PUNTO SOLICITA LA FIRMA DE ADMINISTRADOR Y/O JEFE DE MANTENIMIENTO, SIN EMBARGO, POR OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES, EN OCASIONES NO SE ENCUENTRAN. ¿PUEDO SOLICITAR QUE FIRME POR AUSENCIA OTRA PERSONA QUE DESEMPEÑE ALGUN CARGO DENTRO DEL HOSPITAL? | ES CORRECTA SU APRECIACION, SIEMPRE Y CUANDO SE VALIDE LA VISITA CON EL SELLO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA. |

2.- PROVEEDOR: BITISHA MÉXICO S.A. DE C.V.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

| NO | PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|----|--|---|
| 1 | DENTRO DEL ANEXO TECNICO DE LOS EQUIPOS A REPARAR, ¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE ALGUNO ESTE EN CONDICIONES DE OBSOLESCENCIA O DADO DE BAJA? | APEGARSE AL PUNTO 13 DE LAS BASES. |
| 2 | DE SER EL CASO DE EQUIPO OBSOLETO O DADO DE BAJA, ¿CUAL SERIA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR? | SE TENDRIA QUE ELABORAR DICTAMEN DE BAJA Y NOTIFICAR A LA UNIDAD HOSPITALARIA Y AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. |
| | PUNTO 25.5 R) | SI, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASE EL PLAZO MAXIMO DE |

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-020-2023 RELATIVA AL MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LA RED HOSPITALARIA DE SESVER 2023.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

| NO | PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|----|---|--|
| 3 | DEL PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO EN LA PROPUESTA TECNICA, ¿SE PODRA MODIFICAR POR RAZONES AJENAS A LA EMPRESA, ¿ES DECIR, POR REFACCIONES QUE NO LLEGUEN A TIEMPO? | EJECUCION, QUE ABARCA DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 4 | PUNTO 25.5 W). PRESENTAR TODAS LA CONSTANCIAS DE VISITAS A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA VISUALIZAR DE FORMA PRESENCIAL EL ESTADO DE LOS EQUIPOS SUJETOS A MANTENIMIENTO DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. (ANEXO 14) ES POSIBLE QUE PUEDA SEGUIR CON MIS VISITAS A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS HASTA UN DIA PREVIO A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS LAS CONSTANCIAS DE VISITAS | APEGARSE A BASES. PUNTO 13 |
| 5 | 25.5 INCISO D ANEXO TÉCNICO ¿EN RELACION AL ANEXO TECNICO DEBEMOS ENTENDER QUE EN TODAS LAS RUTINAS SOLICITAN EL REMPLAZO DE REFACCIONES, SIN EMBARGO EXISTEN REFACCIONES DE ALTA GAMA QUE CONLLEVAN UN COSTO MAS ELEVADO AL QUE PUEDA ESTAR PROPONIENDO, EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE ESTE TIPO DE REFACCIONES, PREVIA AUTORIZACION Y JUSTIFICACION PUEDA SER EJECUTADA A TRAVES DE UN ADENDUM AL CONTRATO? | ES CORRECTA SU APRECIACION, EN APEGO AL CAPITULO XII PUNTO 48. |

3.- PROVEEDOR: GRUPO MÉXICO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO S.C.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

| No. | PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1 | PUNTO 4 DEL PERIODO DE GARANTIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, ¿ES POSIBLE QUE YA NO TENGA MAS GARANTIA POR CUESTIONES DE QUE LA FALLA QUE PRESENTE EL EQUIPO SEA PROVOCADA POR SITUACIONES AJENAS AL MANTENIMIENTO? | APEGARSE A BASES PUNTO 4. |
| 2 | PUNTO 4 EN EL CASO DE QUE LAS REFACCIONES YA NO ESTEN DISPONIBLES, ¿SE PODRA DAR MANTENIMIENTO A OTRO EQUIPO DE CARACTERISTICAS SIMILARES? | APEGARSE A BASES PUNTO 13. |
| 3 | PUNTO 13 ¿QUE PASARA SI NO ME DA TIEMPO DE REALIZAR TODAS LAS VISITAS A LOS HOSPITALES Y SOLO QUIERO PARTICIPAR EN LOS QUE HICE LAS VISITAS? | APEGARSE A BASES PUNTO 25.5 INCISO W |
| 4 | PUNTO 25.5 INCISO D EN LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ANEXO TECNICO, ¿SE DEBE REALIZAR TODO LO DESCRITO O SE PUEDEN OMITIR ALGUNAS COSAS? | APEGARSE AL ANEXO TECNICO NUMERO 2 |
| 5 | EN EL ANEXO TÉCNICO PARA EL CASO DE QUE EN LOS TRABAJOS A REALIZAR SEGÚN COLUMNA DE DESCRIPCION DEL ANEXO TECNICO NO ESTABLEZCA ALGUNA REPARACION, CAMBIO O SUSTITUCIÓN DE ALGUN COMPONENTE Y EL EQUIPO LO REQUIERA | SE APEGARIA AL CAPITULO XII PUNTO 48 |

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-020-2023 RELATIVA AL MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LA RED HOSPITALARIA DE SESVER 2023.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

| No. | PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|-----|---|--|
| | O AQUELLOS DONDE SOLO SE DESCRIBE REVISION GENERAL, CUAL SERA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR, ¿SE COTIZARA DE FORMA EXTRAORDINARIA? | |
| 6 | ANEXO TÉCNICO EN RELACION CON LA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO DE LOS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN, SE ENTIENDE QUE SE REFIERE UNICAMENTE A LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO PROPIO DEL EQUIPO Y NO LA INSTALACIÓN ELECTRICA DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE UBICADO, ¿FAVOR DE ACLARAR? | APEGARSE A DESCRIPCION DE BASES AL REFERIRSE AL EQUIPO Y NO INSTALACION ELECTRICA DEL LUGAR. |

CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA. -----

RESPECTO A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, **MANIFIESTAN NO TENER OBJECCIÓN ALGUNA, ACEPTANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES FIRMANDO DE CONFORMIDAD**, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, **ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS BASES.**-----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA Y SUS MODIFICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/licitaciones-publicas-nacionales-2023/> SIGNIFICANDO QUE TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE SERÁN OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS LICITANTES. -----

SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR, QUE DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.-----

SE REITERA A LOS PARTICIPANTES QUE DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, EL ACUSE DEBIDAMENTE SELLADO EN ORIGINAL Y COPIA DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EL CUAL EL LICITANTE DEBIÓ HABER PRESENTADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-020-2023 RELATIVA AL MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECAÑICOS DE LA RED HOSPITALARIA DE SESVER 2023.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN CASO DE QUE SEA PERSONA MORAL, DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD. DE ACUERDO AL **ANEXO 6** SOLICITADO EN EL **DOCUMENTO N, PUNTO 25.5** DE LAS BASES DE LICITACIÓN. -----

FINALMENTE SE REITERA QUE EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **18 DE JULIO DEL 2023, A LAS 17:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.-----

5. - EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **18:00 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA.-----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

C.P.A. VERÓNICA RAMON CORTINA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ING. ABRAHAM MOLINA GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ACOSTA
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES

LIC. ELSA MARIA VILLARAUX CERVÓN
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA

LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO
COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-020-2023 RELATIVA AL MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LA RED HOSPITALARIA DE SESVER 2023.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|--------------------------------|--|-------|
| LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA | REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. | |
| MSI. KARLO POMMIER GRANILLO | | |

POR LOS LICITANTES

| No. | EMPRESA | REPRESENTANTE DE LA EMPRESA | FIRMA |
|-----|--|--------------------------------------|-------|
| 1 | ABIEL INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V. | C. ANAHI DURÁN SANGABRIEL | |
| 2 | GRUPO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO S.C. MÉXICO | C. JUAN DE DIOS SANGABRIEL VALERIANO | |

*****FIN DEL ACTA*****

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-020-2023 RELATIVA AL MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LA RED HOSPITALARIA DE SESVER 2023.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-020-2023 RELATIVA AL MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LA RED HOSPITALARIA DE SESVER 2023.





DIRECTORIO
LPN-103T00000-020-2023

| J. S. | HOSPITAL | DIRECCIÓN | TELEFONOS |
|-------|---|--|--|
| 1 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZULUAMA | Camino a Laurel S/N, Col. El Cinco, C.P. 92082. Ozuluama, Ver. | Tel. 01 (846) 257-0024 / 257-0513 / 257-0516 / 257-0515 |
| | HOSPITAL GENERAL DE TANTOYUCA | Carretera Nacional Tuxpan - Tampico Km. 67, Col. Santa Fé, C.P. 92101. Tantoyuca, Ver. . | Tel. 01 (789) 893-8860 / 893-2581 / 893-2583 / 893-2584 |
| | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEMPOAL | Eduardo Martínez No. 12, Col. La Cobacha, C.P. 92061. Tempoal, Ver. | Tel. 01 (789) 894-0932 / 894-0029 / 894-0929 / 894-0930 / 894-0931 |
| | UNEME PLATÓN SANCHEZ | Porción 2, Predio Rústico Las Margaritas, C.p. 92132. Platón Sánchez, Ver. | Tel. 01 (789) 895-0706 / 895-0708 |
| 2 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL | Héroe De Nacozeri No. 3, Col. Deportiva. Cerro Azul, Ver. | Tel. 01 (785) 852-4072 / 852-4073 |
| | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS | Zaragoza Esq. Benito Juárez S/N, Col. Progreso, C.P. 92340. Naranjos, Ver. | Tel. 01 (768) 855-0214 / 855-4150 |
| | HOSPITAL GENERAL TUXPAN | Carretera Nacional Tuxpan - Tampico Km. 67, Col. Santa Fé, C.P. 92101. Tantoyuca, Ver. | Tel. 01 (789) 893-8860 / 893-2581 / 893-2583 / 893-2584 |
| | HOSPITAL GENERAL ALAMO | Ejido Estero del Ídolo II, Car. Fed. Tihuatlán - Alamo, C.P. 92730. Alamo, Ver. | Tel. 01 (765) 844-9718 |
| 3 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO | Carretera Espinal Coyutla S/N, Loc. Entabladero, C.P. 93197. Entabladero, Ver. | Tel. 01 (784) 852-8217 / 852-8234 / 852-8441 |
| | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | Las Flores S/N Esq. Pipila, Col. Las Flores, C.P. 93210. Poza Rica, Ver. | Tel. 01 (782) 823-9815 / 823-6300 / 823-3430 / 823-8102 / 823-3420 |
| 4 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA | Calle de la Cruz No. 15, Col. Providencia, C.P. 93557. Gutiérrez Zamora, Ver. | Tel. 01 (766) 845-0052 / 845-0053 / 845-1686 / 845-0289 |
| | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAPACOYAN | Serdán No. 1, Zona Centro, C.P. 93650. Tlapacoyan, Ver. | Tel. 01 (225) 315-1919 / 315-2404 / 315-2405 / 315-2402 |
| | HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA | Framboyanes Esq. Tabachines S/N, Col. Centro. Misantla, Ver. | Tel. 01 (235) 323-4115 / 323-0401 |
| 5 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | Adolfo Ruiz Cortines No. 2903, Col. U. Magisterial, C.P. 91020. Xalapa, Ver. | Tel. 01 (228) 814-4500 / 814-4510 / 814-4551 / 814-4624 / 814-4620 / 840-4053 / 814-4924 |
| | CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE ALTO LUCERO | Fray Pedro de Gante No. 1, C.P. 91460. Alto Lucero, Ver. | Tel. 01 (279) 827-0568 / 827-0643 |
| | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | Aguascalientes No. 100, Col. Progreso Macuiltépetl, C.P. 91097. Xalapa, Ver. | Tel. 01 (228) 840-0975 / 843-3590 |
| | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COATEPEC | Hidalgo y Bravo S/N, Col. Centro, C.P. 91500. Coatepec, Ver. | Tel. 01 (228) 816-0087 / 816-8957 / 816-0244 |
| | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | Covarrubias No. 2, Col. Centro, C.P. 91615. Teocelo, Ver. | Tel. 01 (228) 821-0016 / 821-0508 |
| | HOSPITAL GENERAL DE ALTOTONGA | Juan De La Luz Enriquez No. 50, Col. Centro, C.P. 93700. Altotonga, Ver. | Tel. 01 (226) 316-0001 / 316-1085 |
| | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | Pedro Rendón No. 1, Zona Centro, C.P. 91000. Xalapa, Ver. | Tel. 01 (228) 818-8090 / 812-1849 / 812-2612 / 818-5374 / 818-4920 / 818-4400 / 818-4387 |
| 6 | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA | Carretera Km. 341.5, Prol. Av. 1. Córdoba, Ver. | Tel. 01 (271) 712-0315 / 117-0075 / 714-1718 / 717-7217 |
| | HOSPITAL GENERAL HUATUSCO | Av. 2 Poniente Calle 8 Norte No. 867. Huatusco, Ver. | Tel. 01 (273) 734-2862 / 734-0196 |



DIRECTORIO
LPN-103T00000-020-2023

| J. S. | HOSPITAL | DIRECCIÓN | TELEFONOS |
|------------------------------|--|---|---|
| 7 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAQUILPA | Carr. Tequila - Tehuipango S/N, Loc. Vista Hermosa, Tlaquilpa, Ver. | Tel. 01 (271) 714-8937 |
| | HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO | Ent. Autop. Orizaba - Puebla Km 2 S/N, Colonia Reforma, C.P. 94733, Río Blanco, Ver. | Tel. 01 (272) 725-2703 / 725-2708 / 725-2704 / 725-2775 / 725-2774 / 725-2533 |
| 8 | CENTRO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES (CUSPIDE) | Comunidad Los Caños de Santa Rita s/n, Col. Congregación Delfino A Victoria o Santa Fe, Km 6.5, Carretera libre a Veracruz, C. P. 91690, Veracruz, Ver. | Tel. 01 (229) 972-1473, 74 y 75/ 01 (800) 701-9282 |
| | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | Av. 20 De Nov. No. 1074, Col. Centro, C.P. 91700, Veracruz, Ver. | Tel. 01 (229) 932-2705 / 932-2597 / 932-2859 / 932-3690 / 931-7848 / 932-1171 |
| | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLALIXCOYAN | Domicilio Conocido Benito Juárez S/N, Tlalixcoyan, Ver. | Tel. 01 (285) 967-0669 / 967-0771 |
| | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | Aquiles Serdán S/N, Col. Flores Magón, C.P. 94290, Boca del Río, Ver. | Tel. 01 (229) 923-4830 |
| | HOSPITAL GENERAL DE CARDEL | Albino Báez N° 53 Col. San Francisco de la Peña C.P. 91680, Cardel, Ver. | Tel. 01 (296) 962-4140 |
| HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA | Av. Del Árbol S/N, Entre Sabina y Necaxtle, Col. Reserva Tarimoya II, C.P. 91805, Veracruz, Ver. | Tel. 01 (229) 986-6568 / 986-6569 | |
| 9 | HOSPITAL COMUNITARIO JOSÉ AZUETA | Allende Esq. Emiliano De La Fuente, C.P. 95580, José Azueta, Ver. | Tel. 01 (283) 873-0867 |
| | HOSPITAL COMUNITARIO DE TLACOTALPAN | Venustiano Carranza Esq. General Anaya S/N, C.P. 95461, Tlacotalpan, Ver. | Tel. 01 (288) 884-2099 / 884-2757/884-3035 |
| | HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN | Nicolás Bravo No. 306, Col. Centro, C.P. 95400, Cosamaloapan, Ver. | Tel. 01 (288) 103-3316 / 882-2940 / 882-1155 |
| | HOSPITAL GENERAL DE ISLA | Prol. Av. Raúl Sandoval No. 1400, Col. Limón de Guerrero, Isla, Ver. | Tel. 01 (283) 874-3206 / 874-32-08 |
| | HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA | Julio Martínez s/n colonia Pemex cp. 95180, Tierra Blanca, Ver. | Tel. 01 (274) 743-6977 / 743-6219 |
| 10 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO | Carretera Sontecomapan Km. 1, Col. Linda Vista, C.P. 95870, Catemaco, Ver. | Tel. 01 (294) 943-1840 / 943-1839 / 943-1838 / 943-1841 / 943-1834 |
| | HOSPITAL GENERAL DE OLUTA ACAYUCAN | Ocampo Sur No. 53, Col. Centro, C.P. 96000, Acayucan, Ver. | Tel. 01 (924) 245-6469/ 245-5640 |
| | HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRES TUXTLA | Juan De La Berrera No. 54, Col. Belén Grande, C.P. 95780, San Andrés Tuxtla, Ver. | Tel. 01 (294) 942-0447 / 942-3199 |
| 11 | CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE | Entre las Calles Francisco B. y Francisco I. Madero, C.P. 96380, Allende, Ver. | Tel. 01 (921) 213-2202 |
| | HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN | Juan De La Luz Enriquez S/N, Carr. a Pajapan, C.P. 95930, Tonalapan, Ver. | Tel. 01 (924) 219-4105 / 219-4106/219-4107 |
| | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS | Carr. Producción S/N, Col. Aviación, C.P. 96980, Las Choapas, Ver. | Tel. 01 (923) 237-2083 / 237-2091 |
| | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE UXPANAPA | Av. Manantiales S/N, Cong. La Laguna, C.P. 96901, La Laguna (Uxp), Ver. | Tel. 01 (924) 219-0502 / 219-0629 |
| | HOSPITAL GENERAL DE MINATITLÁN | Av. 18 De Octubre No. 1114, Col. Santa Clara, C.P. 96730, Minatitlán, Ver. | Tel. 01 (922) 223-3772 / 223-7632 / 228-0000 / 223-3769 |
| | HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS | Av. Zaragoza No. 810, Col. Centro, C.P. 96400, Coatzacoalcos, Ver. | Tel. 01 (921) 212-4212 / 212-5150 / 212-5438 / 212-3993 / 212-5112 / 212-5221 |

ANEXO TÉCNICO

LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la falla |
|----------|------|--------------|------------------------------------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 1 | 60 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZUUMA | MAQUINA DE ANESTESIA | GENERAL ELECTRIC | AVANCE CS2 | APR100228 | 43732 | QUIROFANO | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLuye: CALIBRACION DE VARIADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TABLETS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TABLETA ELECTRONICA DE CALIBRACION, CAMBIO DE PARTICULA, REPARACION Y/O CAMBIO DE VOLT DE CANSITER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACION, SUMINISTRO DE FILTROS, TAMPONS, CAMBIO DE CAL SCAPOLA, REVISION DEL TUBILE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, TUBULO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE CONSUMO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VARIADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRANZALETES ADULTO, FIBRILICO, RECONATO, ASI COMO LAS MANCUBERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PRENUNCIAS Y NEGATIVOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | 1 | 68 | HOSPITAL GENERAL DE TANTOUCA | MAQUINA DE ANESTESIA | GENERAL ELECTRIC | AVANCE CS2 | APR100230 | 27516 | QUIROFANO | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLuye: CALIBRACION DE VARIADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TABLETS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TABLETA ELECTRONICA DE CALIBRACION, CAMBIO DE PARTICULA, REPARACION Y/O CAMBIO DE VOLT DE CANSITER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACION, SUMINISTRO DE FILTROS Y TAMPONS, CAMBIO DE CAL SCAPOLA, REVISION DEL TUBILE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, TUBULO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE CONSUMO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VARIADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRANZALETES ADULTO, FIBRILICO, RECONATO, ASI COMO LAS MANCUBERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PRENUNCIAS Y NEGATIVOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 3 | 1 | 68 | HOSPITAL GENERAL DE TANTOUCA | ULTRASONIDO | PHILIPS | CLEARVIEW 350 | US21580313 | 27576 | IMAGENOLOGIA | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLuye: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION O SUMINISTRO DE TABLETS ELECTRONICAS, INSTALACION DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A DISTANCIA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO A LA METEOROLOGIA TECNICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPER (TRINCO), LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON CABLE CONDUCTIVO, CALIBRACION DE LOS USUARIOS, REPARACION DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 4 | 1 | 68 | HOSPITAL GENERAL DE TANTOUCA | AUTOCLAVE | AMSCO | MQ-16-16 | 851120103 | AC-002 | CHE | ELECTROMECANICO | MANTENIMIENTO QUE INCLuye: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASISTANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PARALELO, MANTENIMIENTO ELECTROICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANDOS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA DENSAL, LUBRICACION DE HERIDOS Y DE LOS MECANISMOS DE CERRAR, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 5 | 1 | 68 | HOSPITAL GENERAL DE TANTOUCA | DISTRIBUIDOR PARA MONITOREO CON MARCAPSO | MIHON KONHREN | TEC-5631 | 740 | NM002 | HOSPITALIZACION | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLuye: AUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AUSTE DE MODULOS, REVISION Y AUSTE DE VOLTAJES -V-, 5 V.C.D., REPARACION DE TABLETS ELECTRONICAS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACION Y AUSTE DE LOS PARAMETROS, TAMPONS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACION Y AUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AUSTE DE SEÑAL DE ANCHO DE PULSA, VERIFICACION Y AUSTE DE LAS TEGAS DE CONEXIONAMIENTO DE TRANSDUCTORES, LIMPIEZA Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FILTRILAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PASTAS Y CONTACTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 1 | 60 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZULUAMA | MAQUINA DE ANESTESIA | GENERAL ELECTRIC | AVANCE CS2 | APKT00228 | 43732 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUIE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CADNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE KIT DE CAMBIO DE CAL SODARIA, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACION, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE ORIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | 1 | 68 | HOSPITAL GENERAL DE TANTOYUCA | MAQUINA DE ANESTESIA | GENERAL ELECTRIC | AVANCE CS2 | APKT00230 | 27516 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUIE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CADNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE KIT DE CAMBIO DE CAL SODARIA, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACION, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE ORIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 3 | 1 | 68 | HOSPITAL GENERAL DE TANTOYUCA | ULTRASONIDO | PHILIPS | CLARIVUE 350 | U521580713 | 27576 | IMAGENOLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUIE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS, INSTALACION DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TERMICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TERMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPACITACION DE LOS USUARIOS, REPARACION DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 4 | 1 | 68 | HOSPITAL GENERAL DE TANTOYUCA | AUTOGLAVE | AMSCO | MD-16-16 | 851120103 | AC-002 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUIE: REPARACION MÓDULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASISTANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA DRENAGE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPORES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 5 | 1 | 68 | HOSPITAL GENERAL DE TANTOYUCA | DESFIBRILADOR PARA MONITOREO CON MARCAPASO | MIHON KOHREN | TEC-5631 | 740 | NIK002 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUIE: AJUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y ROBLLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES -6.5 Y C.D., REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS (IMAGES), VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, FRACOS DE ECG, CAUSO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE MÓDULO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE MÓDULO DE SERAL DE ANGO ALABAMA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TEGAS DE CORRIENTE DE FLEJO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERRILLAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO EN PARTES CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|---|
| 6 | 1 | 69 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEMPOMAL | AUTOCLAVE | IMISA | S/M | S/S | HCTEM/69/0000148 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y ASIANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUMENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REEMPLAZO DE MANDOS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNO Y DE LOS MEGALAMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMAYAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 7 | 1 | 100 | UNEME PLATON SANCHEZ | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA GENERAL | MEGADYNE | MEGA POWER | 150688001 | HPSAN/1000000248 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DESTIBRILADOR QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES -V-5 V.C.D., REPARACIÓN DE TABLETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA VISUAL Y AUDITIVA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 8 | 1 | 100 | UNEME PLATON SANCHEZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-2000 | CV-3114247 | HPSAN/1000000330 | HOSPITALIZACIÓN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR, SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDATRIBICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, COMPLETO PEDATRIBICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 9 | 2 | 35 | HOSPITAL GENERAL TUXPAN | HIDRONEUMÁTICO | CENTURY | MGB | S/S | 4090 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCIÓN CONTRA GOLPE DE ARRIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A RIGORIA REPRUEBAS INCLUIDAS (CAMBIO DE BALLEROS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACIÓN DE BARRIZ ASIANTE, PRUEBAS DE MEGUJER, REVISIÓN DE 40 AMPERFUSIÓN DE MANTENIMIENTO PRINCIPAL DE 2", HUMEDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE RETENCIÓN DE PRE-2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBO SECON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL, PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. |
| 10 | 2 | 35 | HOSPITAL GENERAL TUXPAN | PLANTA DE EMERGENCIA | CUMMINS MODULAR | LTA-1061 | 50412 | 3500000945 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECÁNICO, CAMBIO DE FURILES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANQUERAS Y BANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASÍ COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERIAS, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T0000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 11 | 2 | 35 | HOSPITAL GENERAL TURPAN | ESTERILIZADOR | ELUMEX | AZTECA K 2038 EE | 3367 | 30000129 | CEVE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTROICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 12 | 2 | 35 | HOSPITAL GENERAL TURPAN | ESTERILIZADOR | ELUMEX | AZTECA K 2038 EE | 3377 | 30000130 | CEVE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTROICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 13 | 2 | 72 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS | INCUBADORA DE TRASLADO | ABBRONEJE-SUPPORT SYSTEM | IC1000 | IC-032G | BS5522 | SALA DE PEDIATRIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION V/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION Y CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMA, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACITE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION V/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MODULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 14 | 2 | 72 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS | MAQUINA DE ANESTESIA BASICA | DATX-OHMEDA | ASPIRE S/S CARDIOCAP | S/S | JS185293 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION V/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE COAGULACION, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION V/O CAMBIO DE AIRE EN CASO DE CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG EN SU MOMENTO, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CALSADA, REVISION DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA RESPIRATORIO, SELADO DE TUBOS DE CONEXION, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PNEUMATICO, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, OBRERA DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REVISION DE CONSUMIBLES COMO BRQALETEZ, APOLO, PEDIATRICO, RECONTO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MAGOARILLAS, ADULTO, PEDIATRICA Y RECONTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 15 | 2 | 72 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS | CABRO ROJO DE REANIMACION PULMONAR | PRIMEIC | S/S | S/S | JS185468 | OBSERVACION URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: VERIFICACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISION, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES-4/5 Y C.D., REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE FACIENTE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SEÑAL DE ALARMA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TARJETAS DE CONEXIONAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILAS DE CONTROL, REVISION MANTENIMIENTO V/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, MANTENIMIENTO A MONITOR INCLUIDO EN EL CABRO Y TODOS SUS PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL DE MONITOR Y DESHIBRIDADOR, ASI COMO RODAJAS EN CASO DE SER NECESARIO, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--|---|-------------|---------|--------------|-------------------|------------------------|----------------|--|
| 16 | 2 | 72 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE MARABO | MESA QUIRURGICA OBSTETRICA | BAME | MEG-H | VER-45 | JS185530 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COCHINETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 17 | 2 | 72 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE MARABO | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICA HIDRAULICA BASICA. | BAME | 160-B | 05-353 | JS185548 | SALA DE EXPULSION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COCHINETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 18 | 2 | 83 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL | EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS | OTSPORT | EOA | 5/5 | 83000003 | JEFATURA DE ENFERMERIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISION Y/O REEMPLAZO DE COMPONENTES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISION DE FUENTE DE ALIMENTACION, AJUSTES MECANICOS Y CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O REACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPARACION DE MODULOS DE CONTROL EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, CALIBRACION DE PARAMETROS QUE SE REQUIERAN PARA SU FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACION EN CASO DE REQUERIRLO, SUMINISTRO DE ACCESORIOS QUE REQUIEREN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEJANDO EN OPERACION CORRECTAMENTE. |
| 19 | 2 | 83 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL | EQUIPO DE CARDIOVERSION (DESFIBRILADOR) | WELCH ALLYN | PIC 30 | 86167 | 83000078 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACION DE TABLEROS ELECTRONICOS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO-ALARMA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TECAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PILLAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 20 | 2 | 83 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC2000 | CY-51114367 | 83000175 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (EC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 21 | 2 | 83 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL | EQUIPO DE BAYOS X | CARESTREAM | S/S | 5/M | 83000183 | BAYOS X | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION DE FUENTE CONMUTADA DE ALIMENTACION DE 24V, 5VCD STANBY, REPARACION DE PLACA ELECTRONICA DE MANDO DE DISPARO DE ALTO VOLTAJE, MANTENIMIENTO DE TURNO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CONTROL DE CARGA DE CAPACITORES, MANTENIMIENTO A PLACA ELECTRONICA DE FOCO GRUESO Y FINO, MANTENIMIENTO A CAREZA PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE ANODO Y CÁTODO, CALIBRACION DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

**ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023**

| N° Prog. | J.S. | Unid. Adic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|----------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| 22 | 2 | 106 | HOSPITAL GENERAL ÁLAMO | PLANTA DE EMERGENCIA | SELMEC | STANFORD | MML506883 | EEHA-141857 | CASA DE MAQUINAS ELÉCTRICA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECÁNICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASÍ COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERÍAS, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 23 | 2 | 106 | HOSPITAL GENERAL ÁLAMO | DESFIBRILADOR | N.M.M. | MEDIC 5 | DG19004359 | EM-HA-14046 | HOSP. MUJERES Y TALLER DE MANTITO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBO EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TEJAS DE CODEGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PÉRIODOS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 24 | 2 | 106 | HOSPITAL GENERAL ÁLAMO | CUNA TÉRMICA | MEDIX | SM401 | 2483-08 | EM-HA-14054 | SALA EXPULSION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJES, MANTENIMIENTO DE BARRANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 25 | 2 | 106 | HOSPITAL GENERAL ÁLAMO | CUNA TÉRMICA | MEDIX | SM401 | 2507-08 | EM-HA-14055/HGALA1060 000051 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJES, MANTENIMIENTO DE BARRANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 26 | 2 | 106 | HOSPITAL GENERAL ÁLAMO | MAQUINA DE ANESTESIA | DATX OHMEDA | AEXPRIE | ANXXND389 | EM-HA-14104/HGALA10600 00093 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODARIA, REVISIÓN DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and 'A' on the right side, and 'SS' and 'S' on the left side.

**ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023**

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------------|---------------------|----------------|--|
| 27 | 2 | 306 | HOSPITAL GENERAL ALAMO | RAYOS X PORTATIL | VILLA | VISITOR T-30 | 10-04-1004 | EM-HA-141309 | ULTRASONIDO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION DE FUENTE CONMUTADA DE ALIMENTACION DE 24V, SWCD STANBY, REPARACION DE PLACA ELECTRONICA DE MANDO DE DISPARO DE ALTO VOLTAJE, MANTENIMIENTO A TUBO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CONTROL DE CARGA DE CAPACITORES, MANTENIMIENTO A PLACA ELECTRONICA DE FOCO GRUESO Y FINO, MANTENIMIENTO A CAJEZAL PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE AMODD Y CATODO, CALIBRACION DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 28 | 2 | 306 | HOSPITAL GENERAL ALAMO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM9000 | 8X-39148547 | EM-HA-141880 | URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN CALIBRACION DE PARAMETROS [EC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA], AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION V/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA, COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 29 | 2 | 306 | HOSPITAL GENERAL ALAMO | ELECTROCARDIOGRATO | NIHON KOHDEN | ECG-1250K | 13844 | EM-HA141958 HIGALA/1060000169 | URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACION V/O REEMPLAZO DE DISPLAY, LIMPIEZA, REPARACION V/O REEMPLAZO DE TECLADO O MODULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACION O CAMBIO DE PANTALLA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACION DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 V/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERIAS, REPARACION V/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTITO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 30 | 2 | 306 | HOSPITAL GENERAL ALAMO | INCUBADORA | BEHLIUS | ERITREA | ERIS-043 | EM-HA-142407 | LACTARIOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION V/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTI-BACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACETE, CAMBIO DE TAPETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION V/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 31 | 2 | 306 | HOSPITAL GENERAL ALAMO | ELECTROCARDIOGRATO | BURDICK | ATRIA6-100 | A6100-008620 | HAGA/1060000505 | DESCANSO DE MEDICOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACION V/O REEMPLAZO DE DISPLAY, LIMPIEZA, REPARACION V/O REEMPLAZO DE TECLADO O MODULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACION O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACION DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 V/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERIAS, REPARACION V/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTITO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 32 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | INCUBADORA TRASLADO | 5APS | ISOTHERM SCALE | VELT-312 | 29000328 | UCIN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION V/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTI-BACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACETE, CAMBIO DE TAPETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION V/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 33 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | MESA QUIRURGICA | HECANG | SM | SN | 29000203 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECANICOS E HIDRAULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECANICO, AJUSTE Y CALIBRACION DE POSICIONES, AJUSTE DE PARAMETROS, LUBRICACION DE SUS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION, CAMBIO DE COLCHONETOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERBALES PARA AJUSTE DE PLENERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRAULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

Handwritten signatures and initials: A large 'X' at the top right, a signature 'A' in the middle right, and a signature 'S' at the bottom right.

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prop. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|---|
| 34 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | LAMPARA DE CIRUGIA | PANELEX | PANELEX1 | G 2420 | 29000710 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUIE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE ROTACIÓN, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACIÓN DEL BRAZO PORTA LAMPARA, REVISIÓN Y AJUSTE DE MANGO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO PRIMARIO Y DE RESERVA HALOGENADOS; CAMBIO DE BASES DE CERÁMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE CRISTAL, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL, ELECTRONICO (ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ, ALARMA VISUAL), MANTENIMIENTO DE CÁMERA, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERMITIDA (UPS), REVISIÓN, AJUSTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, REEMPLAZO DE BATERÍA, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 35 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | INCUBADORA TRASLADADO | SAPS | ISOTHERM SCALE | VE12-262 | 29000895 | UCIN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUIE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CARPETE, CAMBIO DE TAPETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 36 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | CALDERA No.1 | POWER MASTER | A-FI-2 | 00080P-VIBWV-10 | EEMCA3102 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECANICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUIE: DESCONECTAR Y RETIRAR ACCESORIOS DE TAPAS PRINCIPALES DEL EQUIPO, APERTURA DE LAS TAPAS FRONTALES Y POSTERIORES O AQUILLAS QUE LEVE EL EQUIPO, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO A YUGOS Y TORTUGAS DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE PARA LIMPIAR Y PULIR SUS ASIENTOS PARA REEMPLAZAR EMPAQUES DESHOLLIMADO DEL EQUIPO POR EL LADO DEL FUEGO CON ESCORBILLON METALICO PARA RECUPERAR LA EFICIENCIA DE LA TRANSFERENCIA TERMICA DE SU FLUJERIA, APLICACION DE PINTURA DE ALTA TEMPERATURA ALUMINIO A ESPEJO FRONTAL Y ESPEJOS POSTERIORES, LAVAR INTERNAMENTE EL EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA, LAVAR INTERNAMENTE LAS COLUMNAS DE CONTROL DE NIVEL DEL AGUA PARA REMOVER Lodos Y CAMBIOS DE EMPAQUES DE CAA FLOTADOR, REVISION DE EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA PARA VERIFICAR QUE ESTE LIBRE DE INCrustACION, INSPECCIONAR VISUALMENTE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL EQUIPO PARA CORROSION QUE NO EXISTAN MANIFESTACIONES DE PROBLEMA DE FATIGA, LIMPIEZA DE FLANCOS DE EMPALME DE PASTAS Y ASIENTO DE LAS TAPAS, RETIRAR EXCESO DE POLVO Y MUGRE EN FOTOCEDA, MOTOR AJUDANTE, TABLERO DE CONTROL, TABLERO DE FUERZA, INSTRUMENTACION Y AL ENVOLVENTE DE LA CALDERA, MANTENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DEL QUEMADOR, REVISAR LIMPIAR Y AJUSTAR TODOS SUS COMPONENTES, DESMONTAJE, LIMPIEZA, REVISIÓN, REINSTALACION Y AJUSTE DE ELECTRODO DE EMISION, REVISAR LA HERMETICIDAD DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE, INSTALAR EMPAQUES NUEVOS Y SELLAR CON ASBLANTE Y CERRAR TAPAS DE CALDERA, REVISAR LA CORRECTA OPERACION DE COMPONENTES DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE, REVISION DE CONTROLES ELECTRICOS PARA CONSTATAR QUE OPERAN CORRECTAMENTE, CALIBRACION CON EQUIPO ANALIZADOR DE GASES. |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'OS'.

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| 37 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | CALDERA No.2 | POWER MASTER | A-FI-2 | 00080P-WBWL-09 | EEMCM3103 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESCONECTAR Y RETIRAR ACCESORIOS DE TAPAS PRINCIPALES DEL EQUIPO, AFECTURA DE LAS TAPAS FRONTALES Y POSTERIORES O AQUELLAS QUE LLEVE EL EQUIPO DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A YUGOS Y TORTUGAS DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE PARA LIMPIAR Y PULIR SUS ASIENTOS PARA REEMPLAZAR EMPAQUES, DESHOLLINADO DEL EQUIPO POR EL LADO DEL FUEGO CON ESCOBILLON METALICO PARA RECUPERAR LA EFICIENCIA DE LA TRANSFERENCIA TERMICA DE SU FILITERIA, APLICACION DE PINTURA DE ALTA TEMPERATURA ALIMINAR EL ESPESO FRONTAL Y ESPESOS POSTERIORES, LAVAR INTERNAMENTE EL EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA, LAVAR INTERNAMENTE LAS COLUMNAS DE CONTROL DE NIVEL DEL AGUA PARA REMOVER Lodos Y CAMBIO DE EMPAQUES DE CASA FLOTACION DEL EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA PARA VERIFICAR QUE ESTE LIBRE DE INCrustACION, INSPECCION Y AJUSTAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL EQUIPO PARA CORROBORAR QUE NO EXISTAN MANIFESTACIONES DE PROBLEMA DE FATIGA, LIMPIEZA DE FLANCOS DE EMPALME DE PESTANAS Y ASIENTO DE LAS TAPAS, RETIRAR EXCESO DE POLVO Y MUGRE EN FOTOCELDA, MOTON MODULANTE, TABLERO DE CONTROL, TABLERO DE FUERZA, INSTRUMENTACION Y AL EMOLENTE DE LA CALDERA, MANTENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DEL QUEMADOR, REVISAR LIMPIAR Y AJUSTAR TODOS SUS COMPONENTES, DESMONTAR, LIMPIEZA, REVISION, REINSTALACION Y AJUSTE DE ELECTRODO DE EMISION, REVISAR LA HERMETICIDAD DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE, INSTALAR EMPAQUES NUEVOS Y SELLAR CON ASLANTE Y CERRAR TAPAS DE CALDERA, REVISAR LA CORRECTA OPERACION DE COMPONENTES DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE, REVISION DE CONTROLES ELÉCTRICOS PARA CONSTATAR QUE OPERAN CORRECTAMENTE, CARBURACION CON EQUIPO ANALIZADOR DE GASES. |
| 38 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | HIDRONEUMÁTICO | IND.MAS | S/M | 00-1251 | EEMCM3107 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE : SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUIRE MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUIDO CAMBIO DE BAILEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOMBA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ ASLANTE, PRUEBAS DE MEGGGER, REVISION DE 40 AMPA, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" - HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL, PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. |
| 39 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | TANQUE DE RETENCION DE AGUA CALIENTE | S/M | S/M | S/S | EEMCM3115 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LAVADO QUIMICO PARA DESINCrustACION, CAMBIO DE VALVULAS Y EMPAQUES, CAMBIO DE SERPENTIN INTERNO DE VAPOR EN CASO DE SER NECESARIO, ADAPTACION DE LA BRIDA DE SERPENTIN, CAMBIO DE TUBERIA DE VAPOR Y ACCESORIOS EN CASO DE SER NECESARIO, FORRADO DE TANQUE TIPO COLCHONETA ESPUMANTEADA Y CUBIERTA CON CEMENTO REFRACTARIO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION Y SELLADO DE SOPORTES DEL TANQUE, SUMINISTRO DE TEMPERATURA TIPO CARATULA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE PRESION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 40 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | TANQUE ELEVADO DE AGUA PARA CALDERA | S/M | S/M | S/S | EEMCM3116 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LAVADO QUIMICO PARA DESINCrustACION, CAMBIO DE VALVULAS Y EMPAQUES, CAMBIO DE SERPENTIN INTERNO DE VAPOR EN CASO DE SER NECESARIO, ADAPTACION DE LA BRIDA DE SERPENTIN, CAMBIO DE TUBERIA DE VAPOR Y ACCESORIOS EN CASO DE SER NECESARIO, FORRADO DE TANQUE TIPO COLCHONETA ESPUMANTEADA Y CUBIERTA CON CEMENTO REFRACTARIO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION Y SELLADO DE SOPORTES DEL TANQUE, SUMINISTRO DE TEMPERATURA TIPO CARATULA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE PRESION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 41 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | PLANTA DE AGUAS RESIDUALES | WARRIC | AM16DCA2022 | S/S | EEMCM3131 | CARCAMO | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE TODAS LAS BOMBAS DE OPERACION DE LA MISMA, RETIRO DE PINTURA Y OXIDO, COLOCACION DE NUBLA PINTURA, CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO O ACOPIO DE AGUAS NEGRAS PARA PODER DISPONER DE ELLAS HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

X

X

X

Handwritten signature

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------|---|--------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------|---|
| 42 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ACEITE DE 1000 KVA | DEEMSA | O.A. | 7129AL500 | EEMCM3137 | SUBESTACION | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIBRANZA EN MEDIA TENSION PARA ELABORACION DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR, EN TRANSICION AEREO- SUBTERRANEA EN POSTE EXISTENTE, INCLUIE TRAMITES ANTE C.F.E. Y COORDINACION CON LA ADMINISTRACION PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PRUEBAS) A TRANSFORMADOR TIPO PEDISTAL DE 500 KVA, 13,200/20217 VOLTS, 3 FASES, QUE INCLUYE: PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION (TR) PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE, PRUEBA DE AGLAMADO EN DEVANADOS, VERIFICACION Y ARRILTE DE CONEXIONES, LIMPIEZA EXTERIOR, VERIFICACION Y MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRAS NO MAYOR A 10 OHMS, MANEJO DE OBRAS Y HERRAMIENTAS MENOR. |
| 43 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | UMA 5 | TRANE | TTA1204000A | R42545DAH | HPC-UMAS/005/2012 | CUIBOFANO 4-POSTPARTO | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR CAMBIO DE CHUMACERAS DE EQUILIBRIO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 44 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | UMA 5, COND. 1 | TRANE | TTA18/0C400EA | R442ZC9AH | HPC-UMAS/005/2012-B | CUIBOFANO 4-POSTPARTO | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE EQUILIBRIO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 45 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | UMA 02 MANEJADORA DE AIRE | YORK | XTI-042X069 | AFMXT0033 | HRPR-UCIN-020 | UCIN AREA NUEVA | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR CAMBIO DE CHUMACERAS DE EQUILIBRIO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 46 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | UMA 02, CONDENSADORA | YORK | YC30000A46A84 | N108018920 | HRPR-UCIN-021 | UCIN AREA NUEVA | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE EQUILIBRIO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 47 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | UMA 01 MANEJADORA DE AIRE | YORK | XTI-054K084 | AFMKT0041 | HRPR-URRG-017 | URGENCIAS AREA NUEVA | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE EQUILIBRIO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

X

✓

✗

✗

**ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023**

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|---|
| 48 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | UMA 01, CONDENSADORA | YORK | YD360C-0U-AAAZ | N1G8014688 | HPR-URC-018 | URGENCIAS AREA NUEVA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 49 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | UNIDAD PAQUETE (UP-01) INTEGRAL | YORK | 2F07C0U248BAATA 1 | N1G8027102 | HPR-URC-019 | URGENCIAS AREA NUEVA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 50 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | DESBIBULADOR | HP CODE MASTER | M1722B | U50012794 | HSP-1971 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACION Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBO EMISOR, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TEGAS DE CONGLAMINADO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERRILLAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 51 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | ULTRASONIDO | ALOKA | PROSOUND SSD-3500 | M1 44620 | HSP-5257 | IMAGENLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION O SUMINISTRO DE TABLETAS ELECTRONICAS, INSTALACION DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TECNICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TERMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPACITACION DE LOS USUARIOS, REPARACION DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 52 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | ULTRASONIDO | ALOKA | PROSOUND SSD-3500 | M1 44620 | HSP-5257 | IMAGENLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION O SUMINISTRO DE TABLETAS ELECTRONICAS, INSTALACION DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TECNICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TERMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPACITACION DE LOS USUARIOS, REPARACION DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 53 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | UMA 6, INTEGRAL | RHEEM | RACD2912DACA000A A | F501701345 | HSP-6067 | TERAPIA INTENSIVA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

X

A

X

Handwritten signature and initials.

**ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023**

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|---|
| 54 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | CUNA TERMICA | ATMOSCARE | EXPECTA | IN28-1293 | HSP-6408 | UCIN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO DE VVO CAMBIO DE CAPACITTE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COCHICHON, MANTENIMIENTO A RODAMAS, MANTENIMIENTO DE BARRANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 55 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | CUNA TERMICA | ATMOSCARE | EXPECTA | IN28-1297 | HSP-6409 | UCIN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO DE VVO CAMBIO DE CAPACITTE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COCHICHON, MANTENIMIENTO A RODAMAS, MANTENIMIENTO DE BARRANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 56 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | CUNA TERMICA | ATMOSCARE | EXPECTA | IN28-1296 | HSP-6410 | UCIN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO DE VVO CAMBIO DE CAPACITTE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COCHICHON, MANTENIMIENTO A RODAMAS, MANTENIMIENTO DE BARRANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 57 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | CUNA TERMICA | ATMOSCARE | EXPECTA | IN28-1301 | HSP-6411 | UCIN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO DE VVO CAMBIO DE CAPACITTE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COCHICHON, MANTENIMIENTO A RODAMAS, MANTENIMIENTO DE BARRANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 58 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | ULTRASONIDO | SIEMENS | 10566144 (ACUSON X100) | 347317 | HSP-7561 | IMAGENOLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS, INSTALACION DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TERMICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TERMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPACITACION DE LOS USUARIOS, REPARACION DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 59 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | ULTRASONIDO | SIEMENS | 10566144 (ACUSON X300) | 347317 | HSP-7561 | IMAGENOLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS, INSTALACION DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TERMICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TERMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPACITACION DE LOS USUARIOS, REPARACION DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

X

X

OS

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---|
| 60 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | LAMPARA DE CIRUGIA | COBRAMEX | ULTRATEC | 10030914 | HSP-7684 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE ROTACIÓN, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACIÓN DEL BRAZO PORTA LAMPARA; REVISIÓN Y AJUSTE DE MANGO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO PRIMARIO Y DE RESERVA HALÓGENOS; CAMBIO DE BASES DE CERÁMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE CRISTAL, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL, ELECTRONICO (ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ, ALARMA VISUAL), MANTENIMIENTO DE CAJAZA, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERMITIDA (LUP), REVISIÓN Y AJUSTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, REEMPLAZO DE BATERIA, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 61 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SPACE LABS | 942670PT-119 | PSC-1914001128 | HSP-8268 | TERAPIA INTENSIVA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 62 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SPACE LABS | 942670PT-119 | PSC-191400448 | HSP-8069 | TERAPIA INTENSIVA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 63 | 3 | 29 | HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SPACE LABS | 942670PT-119 | PSC-1914001198 | HSP-8070 | TERAPIA INTENSIVA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 64 | 3 | 84 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTANLADERO | INCUBADORA DE TRANSPLADO | MEDIX | TR-200PC | 1645 | HSE030661876 | TOCOCRUGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACITE, CAMBIO DE TAPLETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MODULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falta |
|----------|------|--------------|--|--|--------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------------|---|
| 65 | 3 | 84 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO | UNIDAD DE ELECTROCRUIRUGIA GENERAL | MEGAPOWER TM | MEGADINE | 150473001 | HSE030662162 | SALA QUIRURGICA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DESDIBUJADOR QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBO EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA (VISUAL Y AUDITIVA), VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 66 | 3 | 84 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO | UNIDAD DE ELECTROCRUIRUGIA GENERAL | MARTIN | ME-411 | S/N | HSE030660744 | SALA QUIRURGICA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DESDIBUJADOR QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBO EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA (VISUAL Y AUDITIVA), VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 67 | 4 | 18 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA | INCUBADORA | SAPS | ISOTHERM-SOLID | 636 | 1030 | RECUPERACION POT-PARTO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACITE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 68 | 4 | 18 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA | EQUIPO DE SUCCION GASTRICA | ATMOS | RECORD 500 | 2001-07 | 1216 | Quirófano | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE MOTOR, AJUSTE DE PRESION DE ABSORCION, VERIFICACION DE PARAMETROS DE SUCCION, CAMBIO DE MANGUERAS DE LATEX Y FRASCO DE SUCCION, CAMBIO DE BOMBA DE VACIO, MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LUBRICACION DE PARTES MÓVILES, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA, SUMINISTRO DE ACCESORIOS BÁSICOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 69 | 4 | 18 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA | UNIDAD ELECTROCRUIRURGICA MONO Y POLAR | MARTIN | ME200 | ME2000500012440 | 1288 | Quirófano | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DESDIBUJADOR QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBO EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA (VISUAL Y AUDITIVA), VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---|
| 70 | 4 | 18 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA | ULTRASONIDO | MINDRAY | R-1 DC-3 | MU-34009244 | 1664 | TRABAJO DE PARTO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACIÓN O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, INSTALACIÓN DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TÉRMICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TÉRMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE CONFIRMADO, CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS, REPARACIÓN DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 71 | 4 | 18 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-2000 | CV-51114267 | 1683 | URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS EC, SPO2, CO2, PAIN, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN, NO INVASIVA, COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 72 | 4 | 18 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA | UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA | MEGADYNE | MEGA POWER | 150572001 | 1685 | Quirofano | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DESFIBRADOR QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES -V- Y C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBO EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE Y AJUSTE DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE SEÑAL DE AVISO ALARMA VISUAL Y AUDITIVA), VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERTILAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 73 | 4 | 18 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA | EQUIPO DE EMISIONES ACUSTICAS | OTODYNAMICS | OTOPORT DP-1E | 09150 | 1703 | MEDICINA PREVENTIVA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES MECÁNICOS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O REFRACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPARACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS QUE SE REQUIERAN PARA SU FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEJANDO EN OPERACIÓN CORRECTAMENTE. |
| 74 | 4 | 18 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA | ELECTROCARDIOGRATO MULTICANAL | NIHON KOIDEN | ECG-1250K | 14234 | 1720 | URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TABLITA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANITO GEAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 75 | 4 | 18 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA | INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO | SAPS | ISOTERM-2K | IS 10-692 | 1741 | PEDIATRIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MARCHAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO TÉCNICO LPN-103T0000-020-2023

| Nº Prog. | U.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--|---------------------------|---------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|---|
| 76 | 4 | 18 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SVP10 | SVP1018219102 | 1746 | URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SP02, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIMÉTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIMÉTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 77 | 4 | 18 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SVP10 | SVP1018219101 | 1747 | HOSPITALIZACIÓN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SP02, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIMÉTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIMÉTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 78 | 4 | 23 | HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | EARTISTARTX | US000460986 | 1043 | HOSPITAL | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TEGLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 79 | 4 | 23 | HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | EARTISTARTX | US00338111 | 3024 | HOSPITAL | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TEGLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 80 | 4 | 23 | HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | CLEARVUE 350 | US00460988 | 3262 | HOSPITAL | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TEGLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

**ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023**

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|---|
| 81 | 4 | 23 | HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA | ESTERILIZADOR DE VAPOR | SIMEX | ECV2050-G-MIII | 072/314-2018A | HGMS/050247 | CEVE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASIANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 82 | 4 | 23 | HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA | PLANTA DE EMERGENCIA | HESMA/JHONDERE | JD-125 | ATX-7606 | HGMS/00269 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECANICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESION, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE RESISTENCIA Y PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, AJUSTE COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACION DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERIAS, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 83 | 4 | 23 | HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA | MAQUINA DE ANESTESIA | PLARRE | 13000 | 1.30101E+12 | HGMS/40313 | QUIROFANO | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE KIT DE CAMISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACION, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE ORIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES, ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 84 | 4 | 23 | HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ASPIRE 7100 | AMX001386 | S/I | QUIROFANO | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE KIT DE CAMISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACION, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE ORIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES, ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 85 | 4 | 70 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAPACOVAN | AUTOCLAVE | S/M | S/M | S/S | 700000044 | CEVE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASIANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023**

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--|---|---------------|--------------|--------------|-------------------|---|------------------|--|
| 86 | 4 | 70 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAPACOVAN | AUTOCLAVE | S/M | S/M | S/S | 700000045 | CEYE | ELECTROMECHANICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y ASISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRILAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAR, LUBRICACIÓN DE PERNO Y DE LOS MECANISMOS DE CERRIL, LIMPIEZA DE TAMPAQUES DE VAPORES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 87 | 4 | 70 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAPACOVAN | UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. | GE HEALTHCARE | AVANCE CS2 | APKTR00231 | 700000122 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CALIBRACIÓN, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE OT DE CAMBIO, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE LAN, SONDAS, REVISIÓN DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE JUNTAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUERIR DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES, ADULTO, PEDIMÉTRICO, NICOMATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 88 | 4 | 70 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAPACOVAN | INCUBADORA DE CUJADOS GENERALES | INTELEC | IEC-2000 | IEC-358-R | 700000149 | RECUPERACION POST PARTO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CÉLDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGOS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIA, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 89 | 4 | 70 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAPACOVAN | MANEJADORA DE AIRE DE 15-TN | TRANE | TCH181C300CA | 438100260D | HOSPITAL 00009 | AZOTIA (AREA DE CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO, RAYOS X) | ELECTROMECHANICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUAMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALIMENTACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 90 | 5 | 13 | HOSPITAL GENERAL DE AUTONOMA | COMPRESOR GRADO MEDICO | SMARTIK | APOLISO 500 | H19 | HGA EXTE-1707-06 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECHANICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE MOTOR EN CASO DE SER NECESARIO, MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR REFRIGERATIVO DE AIRE GRADO MEDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUA, CAMBIO DE TAPONES O-RINGS PARA TERMO DE PISTON, LIMPIEZA DE PLATO CON VALVULAS DE SUCCION Y DESCARGA DE PRESION DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL P.I.C, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEDIR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO. |

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|
| 91 | 5 | 13 | HOSPITAL GENERAL DE ALTOTONGA | PLANTA DE EMERGENCIA | OTTOMOTORES | 6RT5.9G6 | 10635 | HGA.EXTE-1709-05 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECÁNICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESION, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y MANGOS REAPRIETE DE CONDICIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASI COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACION DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERIAS, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 92 | 5 | 13 | HOSPITAL GENERAL DE ALTOTONGA | MANIFOLD | S/M | S/M | S/S | S/I | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO QUE INCLUYE: ACTUALIZACION DE MANIFOLD A NORMAS DE SALUD, ELABORACION A SISTEMAS DE CONTROL DE FLUJO DE OXIGENO, COLOCACION DE VALVULA TIPO REGO PARA ALTO FLUJO, COLOCACION DE VALVULA DE CERRADO RAPIDO TIPO WORCESTER, COLOCACION DE VALVULAS DE 3 VIAS PARA POSICION DE BANCADA, COLOCACION DE MANGUERAS TRAMADAS DE ALTA PRESION, CAMBIO DE VALVULA PRINCIPAL, LIMPIEZA GENERAL Y CAMBIO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO |
| 93 | 5 | 14 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COATEPEC | AUTOCLAVE DE GENERADOR PROPIO | S/M | S/M | S/S | [0393] | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y AJUSTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIA, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE FERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 94 | 5 | 14 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COATEPEC | AUTOCLAVE DE GENERADOR PROPIO | SIN MARCA | AMSCO | S/S | [0394] | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y AJUSTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE VALVULA DE FILTRO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE FERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 95 | 5 | 14 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COATEPEC | UMAS(AIRE AC-MANEJADORA DE AIRE) | CARRIER MEXICO | CARRIER 28 ME | 27222031882 | HCC-10036 | QUIROFANO | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE FILTROS EPA, FILTRO DE CARBON, FILTRO DE PAPEL, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CARGA DE GAS RAZIDA |
| 96 | 5 | 14 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COATEPEC | UMAS(AIRE AC - CONDENSADORA) | CARRIER MEXICO | 3BAUZ | 3BABAZA16A0AS/DAGAD | HCC-10036 | QUIROFANO | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE FILTROS EPA, FILTRO DE CARBON, FILTRO DE PAPEL, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CARGA DE GAS RAZIDA |
| 97 | 5 | 14 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COATEPEC | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | DIMEDIC | MLQD-3102 | S/N | HCCOA-140000684 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISION Y AJUSTE DE ROTACION, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACION DEL BRAZO PORTA LAMPARA, REVISION Y AJUSTE DE MANGO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO PRIMARIO Y DE RESERVA HALOGENADOS, CAMBIO DE BASES DE CERAMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE CRISTAL, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL ELECTRONICO (ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCION DE INTENSIDAD DE LUZ, ALARMA VISUAL), MANTENIMIENTO DE CABEZAL, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERMITIDA (IUPS), REVISION AJUSTE DE ALIMENTACION ELECTRICA, REEMPLAZO DE BATERIA, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

X

A

Q

ES

2

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--|----------------|---|
| 98 | 5 | 34 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COATEPEC | CARDIOTOCOGRAFO | ZEGEN | ZHC-2000 | FM7009M115 | HCCDA/16000235 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO. |
| 99 | 5 | 14 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COATEPEC | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA / MONITOR DE SIGNOS VITALES LIFE SCOPE TR (10.47) | PIARRE-NHON KOHDEN | S/MODELO | 95013M1310001 /DS897 | HGC-014-(1769) | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CAMISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS DE CAL SORDADA, REVISIÓN DEL TUBILLO DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELADO DE FUGAS DE CONDICIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PARALELO, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASGARRILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 100 | 5 | 14 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COATEPEC | UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD | DATEX-CHIMEDA INC | AVANCE CS2 CARESCAPE B650 | APV100241 | HGSCOA-014-0011- [4768] | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CAMISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SORDADA, REVISIÓN DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PARALELO, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASGARRILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 101 | 5 | 14 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COATEPEC | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | CORPORATIVA PROMEDICA S.A. DE CV | MICOD 3102 | S/S | HGSCOA14-0004- [4732] | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE ROTACIÓN, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACIÓN DEL BRAZO PORTA LAMPARA, REVISIÓN Y AJUSTE DE MANGO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO PRIMARIO Y RESERVA MANGUERAS, CAMBIO DE BRSES DE CERÁMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE OXIGENAL, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL, ELECTRÓNICO, ENCENDIDO, ABRAZOS, AJUSTE Y DORNEADO DE INTERRUPTOR DE LUZ, AJUSTA VELA, MANTENIMIENTO DE CABLES, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN (MANTENIMIENTO LPS), REVISIÓN AJUSTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, REEMPLAZO DE BATERIA, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 102 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | ULTRASONIDO | G.E. | LOGIQ 5 | 045135U8 | 1203-062-007 | URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACIÓN O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, INSTALACIÓN DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TÉCNICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TÉCNICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS, REPARACIÓN DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 103 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD3 EXP V2 | A69202300002296 | 1203-062-010 | CONSULTA EXTERNA CONS. NO. 2 GINECOLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACIÓN O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, INSTALACIÓN DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TÉCNICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TÉCNICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS, REPARACIÓN DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Apric. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|------------------------|-------------|------------|----------------|-------------------|--|----------------|--|
| 104 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | ULTRASONIDO | MEDISON | SONOACE X6 | 81A51030006859 | 1203-062-011 | CONSULTA EXTERNA CONS. NO. 2 GINECOLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN O SUMINISTRO DE TEGIDO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACIÓN O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, INSTALACIÓN DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TÉRMICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TÉRMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS, REPARACIÓN DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 105 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | VENTILADOR VOLUMÉTRICO | GE VERSAMED | IVENT 201 | IV30269 | 1203-448-016 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS CON SIMULADOR, CALIBRACIÓN EN GENERAL DEL EQUIPO, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO DE VENTILACIÓN, CAMBIO DE CELDA DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE REACCIONES DE PARTES DAÑADAS, ELIMINACIÓN DE FUGAS, LIBERACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE FLESCAS, FUENTE DESECHABLE, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO FILTRO ANTI-BACTERIAL, CAMBIO DE BATERÍAS DE RESERVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, SUMINISTRO DE OXÍGENO, CAMBIO DE SENSORES DE FLUJO, CAMBIO VASO DE SEPARACIÓN, CAMBIO DE CELDA DE OXÍGENO, LIMPIEZA, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE INDICADORES DE ACURRIDO A NOM - 025 5043 - 2013, DISPLAY, ALARMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, PEEP PÍCO Y VALOR MEDIO DE FLUJO DE INSPIRATORIO, PÍPICO DE PRESIÓN INSPIRATORIAL, REVISIÓN Y REPARACIÓN O CAMBIO DE CALENTADOR DE AIRE EMPUJADO EN CASO DE SER NECESARIO SI EL VENTILADOR LO TIENE, REVISIÓN Y CAMBIO DE TUBOS Y MANGUERAS EN CASO DE SER NECESARIO, PUESTO EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |
| 106 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | VENTILADOR VOLUMÉTRICO | GE VERSAMED | IVENT 201 | IV30274 | 1203-448-017 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS CON SIMULADOR, CALIBRACIÓN EN GENERAL DEL EQUIPO, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO DE VENTILACIÓN, CAMBIO DE CELDA DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE REACCIONES DE PARTES DAÑADAS, ELIMINACIÓN DE FUGAS, LIBERACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE FLESCAS, FUENTE DESECHABLE, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO FILTRO ANTI-BACTERIAL, CAMBIO DE BATERÍAS DE RESERVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, SUMINISTRO DE OXÍGENO, CAMBIO DE SENSORES DE FLUJO, CAMBIO VASO DE SEPARACIÓN, CAMBIO DE CELDA DE OXÍGENO, LIMPIEZA, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE INDICADORES DE ACURRIDO A NOM - 025 5043 - 2013, DISPLAY, ALARMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, PEEP PÍCO Y VALOR MEDIO DE FLUJO DE INSPIRATORIO, PÍPICO DE PRESIÓN INSPIRATORIAL, REVISIÓN Y REPARACIÓN O CAMBIO DE CALENTADOR DE AIRE EMPUJADO EN CASO DE SER NECESARIO SI EL VENTILADOR LO TIENE, REVISIÓN Y CAMBIO DE TUBOS Y MANGUERAS EN CASO DE SER NECESARIO, PUESTO EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |
| 107 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | VENTILADOR VOLUMÉTRICO | GE VERSAMED | IVENT 201 | IV30236 | 1203-448-018 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS CON SIMULADOR, CALIBRACIÓN EN GENERAL DEL EQUIPO, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO DE VENTILACIÓN, CAMBIO DE CELDA DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE REACCIONES DE PARTES DAÑADAS, ELIMINACIÓN DE FUGAS, LIBERACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE FLESCAS, FUENTE DESECHABLE, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO FILTRO ANTI-BACTERIAL, CAMBIO DE BATERÍAS DE RESERVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, SUMINISTRO DE OXÍGENO, CAMBIO DE SENSORES DE FLUJO, CAMBIO VASO DE SEPARACIÓN, CAMBIO DE CELDA DE OXÍGENO, LIMPIEZA, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE INDICADORES DE ACURRIDO A NOM - 025 5043 - 2013, DISPLAY, ALARMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, PEEP PÍCO Y VALOR MEDIO DE FLUJO DE INSPIRATORIO, PÍPICO DE PRESIÓN INSPIRATORIAL, REVISIÓN Y REPARACIÓN O CAMBIO DE CALENTADOR DE AIRE EMPUJADO EN CASO DE SER NECESARIO SI EL VENTILADOR LO TIENE, REVISIÓN Y CAMBIO DE TUBOS Y MANGUERAS EN CASO DE SER NECESARIO, PUESTO EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T0000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|---------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|--|-----------------|---|
| 108 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | VENTILADOR VOLUMETRICO | GE VERSAMED | IVENT 201 | IV30574 | 1203-448-019 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS CON SIMULADOR, CALIBRACION EN GENERAL DEL EQUIPO, REPARACION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO, ELECTRICO Y NEUMATICO DE VENTILACION, CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, REEMPLAZO DE REFACCIONES DE PARTES DAÑADAS, ELIMINACION DE FUGAS, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE OXIGENO, SUMINISTRO DE CIRCUITO DE PACIENTE DESMONTABLE, MIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO FILTRO ANTI-BACTERIAL, CAMBIO DE MATERIAS DE RESALDO SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, SUMINISTRO DE DIAGRAMA, CAMBIO DE SENSOR DE FLUIDO, CAMBIO VASO DE SEGREGACION, CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, LIMPIEZA, REVISION Y CALIBRACION DE INDICADORES DE ACUERDO A NOM - 025 SSA - 2013, DISPLAY, ALARMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, PEP FICGO Y VALOR MEDIO DE FLUIDO DE INSPIRATORIO, PIP (PICO DE PRESION INSPIRATORIA), REVISION, REPARACION O CAMBIO DE CALENTADOR DE AIRE EXPIRADO EN CASO DE SER NECESARIO SI EL VENTILADOR LO TIENE, REVISION Y CAMBIO DE TUBOS Y MANGUERAS EN CASO DE SER NECESARIO, PUESTO EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |
| 109 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | ULTRASONIDO | ALPINION MEDICAL | E CLUBE 7 | F 03598 | 1203-547-002 | RADIOLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS, INSTALACION DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TERMICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TERMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPTACION DE LOS USUARIOS, REPARACION DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 110 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD7 | C154110417 | 1203-700-001 | RADIOLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS, INSTALACION DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TERMICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TERMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPTACION DE LOS USUARIOS, REPARACION DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 111 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | ULTRASONIDO | MEDISON | SONOACE 26 | SOMB083HCC000274 | 1203-735-001 | CONSULTA EXTERNA CONS. NO. 2 GINECOLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS, INSTALACION DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TERMICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TERMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPTACION DE LOS USUARIOS, REPARACION DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 112 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | ULTRASONIDO | MINDRAY | DC N3 | 6D 51002890 | 1203-790-001 | PEDIATRIA; UCIN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS, INSTALACION DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TERMICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TERMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPTACION DE LOS USUARIOS, REPARACION DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 113 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | YORK | XTI-0339045 | ANEM XT0062 | CEYE-UMA-002 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE REGULAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE EMPLEAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE REGULAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE TUBERIE. |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO TÉCNICO LPN-103T0000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|---------------------|-------|---------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 114 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD CONDENSADORA | YORK | YC09C00MAMAMA | N1L607D427 | CEYE-LUPA-001 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 115 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD CONDENSADORA | TRANE | TWA180K40RAB | 17131RBSTA | PEDH-UC01-003 | PEDIATRIA, MAQUINARIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 116 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD CONDENSADORA | TRANE | TWA120H40BBA | 16442RHYA | PEDH-UC05-001 | PEDIATRIA, MAQUINARIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 117 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD CONDENSADORA | TRANE | TWA073D40RAB | 173421MEYA | PEDH-UC03-002 | PEDIATRIA, MAQUINARIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 118 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD CONDENSADORA | TRANE | TWA180E40RAB | 173210BETA | PEDH-UC04A-01 | PEDIATRIA, MAQUINARIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | N° S.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|---------|--------------|---|---------------------------|-------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|--|
| 119 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD CONDENSADORA | TRANE | TWA180E4DRAB | 17313PCVTA | PEDI-UC04B-001 | PEDIATRIA: MAQUINARIA | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 120 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD CONDENSADORA | TRANE | TWA180F4DRAB | 173210BHTA | PEDI-UC05-004 | PEDIATRIA: MAQUINARIA | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 121 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSA006GUAL00 | KJ7H65430 | PEDI-UMA01-003 | PEDIATRIA: MAQUINARIA | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 122 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSA006GUAL00 | KJ7H65913 | PEDI-UMA02-002 | PEDIATRIA: MAQUINARIA | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 123 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSA006GUAL00 | KJ7H65516 | PEDI-UMA03-001 | PEDIATRIA: MAQUINARIA | ELECTROMECAÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |

Q

2

~~X~~

X

X

ANEXO TÉCNICO LPN-103T0000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | Nº. de Serie | Nº. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|---------------------------|-------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 124 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA017UJL00 | K17H65532 | PEDI-UMA01-005 | PEDIATRIA; MAQUINARIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 125 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSA008UJL00 | K17H65541 | PEDI-LUMA05-004 | PEDIATRIA; MAQUINARIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 126 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD CONDENSADORA | YORK | Y04BC00A04A042 | N1A854384 | QUI1-LIPA-001 | QUIROFANO | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 127 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | YORK | XTI-069081 | ANEM XT0683 | QUI-UMA-001 | QUIROFANO | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 128 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | YORK | XTI-045X081 | ABHM XT0148 | TOCO-UMA-002 | TOCOCRUIGIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|---------------------------|-------|---------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|---|
| 129 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | YORK | XTI-036X048 | ABIM XTR131 | TOCO-UINA-003 | TOCOCRUGIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 130 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD CONDENSADORA | YORK | YD36C00A2AAZ | N1N9467911 | TOCO-UPA-001 | TOCOCRUGIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DEL EQUIPO, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 131 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD CONDENSADORA | YORK | YCI20C00A2A8S | N2A0565599 | TOCO-UPA-002 | TOCOCRUGIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 132 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD PAQUETE | TRANE | TCH150D300AA | 2211002350 | UCIA-UPA-001 | UCI | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DEL EQUIPO, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 133 | 5 | 37 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO" | UNIDAD PAQUETE | TRANE | TCH150D300AA | 3071008350 | UCIA-UPA-002 | UCI | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |

X

A

~~SS~~

Q

S

A

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|---|---------|---------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|---|
| 134 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | CHILLER 3 | CARRIER | 300TNG00-63XA | 1604728020 | 9543 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE REQUIERE SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R-134A POR FUGA EN LA LÍNEA DE SUCCIÓN, LIMPIEZA INTERNA CON SISTEMA MECÁNICO A EVAPORADOR Y LIMPIEZA QUÍMICA MECÁNICO A CONDENSADOR, CAMBIO DE ACEITE SINTÉTICO, SUSTITUCIÓN DE VALVULAS DE SERVICIO, CAMBIO DE ORINO A TURBINA DE CONDENSADOR, PINTURA EN GENERAL CON PRIMARIO Y ESMALTE COMO ACABADO, SUMINISTRO DE ADUANTE ANIMATEX DE 1° TOTAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE TUBOS, VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 135 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | ESTUFA DE INCIUBACION | ROSSA | S/M | 5/5 | 10523 | LABORATORIO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISIÓN DE FLUJO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTOR, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LAMPARAS UV Y PLACA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO EN GENERAL, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CORTEO DE PARTÍCULAS BASE A NIVEL DE FLUJO Y MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE Y LÍNEA, MEDICIÓN DE PARÁMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRON DE FLUJO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 136 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | UNIDAD DE ELECTROCIURRUGIA DE USO GENERAL | PIARRÉ | EP-600 | EP6182J050002 | 380000381 | HOSPITALIZACIÓN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DESFIBRILADOR QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES -V/-5 V.C.D., REPARACIÓN DE TABLEROS ELECTRÓNICOS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA (VISUAL Y AUDITIVA), VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERRILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 137 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | UNIDAD DE ELECTROCIURRUGIA DE USO GENERAL | PIARRÉ | EP-600 | EP6182J050003 | 380000383 | HOSPITALIZACIÓN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DESFIBRILADOR QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES -V/-5 V.C.D., REPARACIÓN DE TABLEROS ELECTRÓNICOS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA (VISUAL Y AUDITIVA), VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERRILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 138 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-2000 | CV-51114207 | 380000390 | HOSPITALIZACIÓN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN CALIBRACION DE PARAMETROS (C, SPO2, CO2, PAM, P), SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

X

X

X

Q

S

2

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|---|--|--|--|-------------------|-----------------|----------------|---|
| 139 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MTC-2000 | CV-51114300 | 380000394 | HOSPITALIZACION | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN CALIBRACION DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 140 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | ULTRASONIDO CON IMPRESORA TERMICA | G.E | VOLUSON E8 | D19594 | 380000404 | HOSPITALIZACION | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE QUEBRARLO, REPARACION O SUMINISTRO DE TABLEROS ELECTRONICOS, INSTALACION DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TERMICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TERMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, GARANTIA DE LOS USUARIOS, REPARACION DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 141 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | UNIDAD DE ANESTESIA (DATEX OHMEDA) MONITOR (GENERAL ELECTRIC) VAPORIZADOR SEVOFLURANO (DATEX OHMEDA) VAPORIZADOR DESTILURANO (BAXTER) | UNIDAD DE ANESTESIA (AVANCE CS7) MONITOR (GE1500173) VAPORIZADOR SEVOFLURANO (DATEX OHMEDA) VAPORIZADOR DESTILURANO (BAXTER) | UNIDAD DE ANESTESIA (AVANCE CS7) MONITOR (GE1500173) VAPORIZADOR SEVOFLURANO (DATEX OHMEDA) VAPORIZADOR DESTILURANO (BAXTER) | UNIDAD DE ANESTESIA (AVANCE CS7) MONITOR (GE1500173) VAPORIZADOR SEVOFLURANO (DATEX OHMEDA) VAPORIZADOR DESTILURANO (BAXTER) | 380000414 | QUIROFANO | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CARGA BATERIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE MIT DE CANSER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACION, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS DE CAMBIO DE CAL, SODADA, REVISION DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, SELADO DE TUBOS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUERIR DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASOBIILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 142 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MTC2000 | CV-51114350 | 380000421 | HOSPITALIZACION | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN CALIBRACION DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 143 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL | BIOBASE | MSC CLASS # | BSC13A1501121 | 380000431 | HOSPITALIZACION | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISION DE FLUIDO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LAMPARA UV Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACION DE EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE FUENTE DE ALIMENTACION, CONTROL DE PARTICULAS BASI A NIVEL DE FILTRO Y MEDICION DE VELOCIDAD DE AIRE, LIMPIA, MEDICION DE PARAMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PANTON DE FLUIDO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

X

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|--|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---|
| 144 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | CARRRO ROJO CON DESFIBRILADOR | HEBEI PINKANG MEDICAL (PROGETTI) | RESCUE LIFE | DG 11506 12110832 | 380000434 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: VERIFICACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISION, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES +/-5 V.C.D, REPARACION DE TABLEROS ELECTRONICOS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBO EMISORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TECAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO V/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, MANTENIMIENTO A MONITOR INCLUIDO EN EL CARRRO Y TODAS SUS PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL DE MONITOR Y DESFIBRILADOR, ASI COMO RODAJOS EN CASO DE SER NECESARIO, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 145 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA DE USO GENERAL | WEM | SS-501SX | CACC002890 | 380000449 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DESFIBRILADOR QUE INCLUYE: VERIFICACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISION, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES +/-5 V.C.D, REPARACION DE TABLEROS ELECTRONICOS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBO EMISORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA (VISUAL Y AUDITIVA), VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TECAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO V/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 146 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO | PLABRE | SV17 | SV1718229003 | 380000474 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (EC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION V/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 147 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDIRAY | MCC2000 | CV-51114328 | 380000508 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (EC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION V/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 148 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL | PRENDO | CFI-101-V | 3993815 | 380000539 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISION DE FLUJO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACCIONES, MANTENIMIENTO V/O CAMBIO DE LAMPARAS U Y Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACION DE EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE FUENTE DE ALIMENTACION, CONTROL DE PARTICULAS, BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICION DE VELOCIDAD DE AIRE Y LINEA, MEDICION DE PARAMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRON DE FLUJO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 149 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL | PRENDO | CFI-101-V | 4046723 | 380000542 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISION DE FLUJO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACCIONES, MANTENIMIENTO V/O CAMBIO DE LAMPARAS U Y Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACION DE EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE FUENTE DE ALIMENTACION, CONTROL DE PARTICULAS, BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICION DE VELOCIDAD DE AIRE Y LINEA, MEDICION DE PARAMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRON DE FLUJO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--|--|--|---|--|-------------------|-----------------|----------------|--|
| 150 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | MAQUINA DE ANESTESIA CON EVAPORIZADOR DE SEVOFLURANO Y SEVOFLURANO | MAQUINA ROYAL (MEDICAL) ISOFLURANO ROYAL (MEDICAL) SEVOFLURANO ROYAL (MEDICAL) | MAQUINA (ROYAL 77) (ISOFLURANO) (ISO 375-2) SEVOFLURANO (SEVO 375-2) | MAQUINA (ROYAL 3009) (ISOFLURANO) (VPO13008) (SEVOFLURANO) (VPO1647) | 380000566 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE CALIBRACION DE VARIADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE OT CISTERNA, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACION, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS DE CAMBIO DE CAL SEDADA, REVISION DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, SELLADO DE FUGAS DE CONDENSAS, REEMPLAZO DEL SENSOR DE ORIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRIFICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, RECIQUERE DE CALIBRACION DE VARIADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES, ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 151 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLAIRE | SVP10 | SVP1018229418 | 380000647 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN CALIBRACION DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTROICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE ORIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 152 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLAIRE | SVP10 | SVP1018229419 | 380000648 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN CALIBRACION DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTROICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE ORIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 153 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLAIRE | SVP10 | SVP1018229420 | 380000650 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN CALIBRACION DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTROICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE ORIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 154 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | CARRO BOTO DE REANIMACION CARDIOPULMONAR CON DESFIBRILADOR | DESFIBRILADOR (SCHILLER) | DESFIBRILADOR (DEH GARD 5000) | DESFIBRILADOR (D019900 04492) | 380000651 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE VERIFICACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISION, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRIFICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.C.D, REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBOS EMISORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE ALARMA DE AVISO ALARMA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TARJETAS Y CONECTORES, MANTENIMIENTO A MONITOR INCLUIDO EN EL CARRO Y TODAS SUS PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL DE MONITOR Y DESFIBRILADOR, ASI COMO RODAJES EN CASO DE SER NECESARIO, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

X

X

X

Q

S

X

**ANEXO TÉCNICO
LPN-103T0000-020-2023**

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|---|--|--|---|-------------------|-----------------|----------------|---|
| 155 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARIE | SVP10 | SVP101827923 | 38000656 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (EC, SPO2, CO2, PARI, FI, SENSOR DE TEMPERATURA) AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESERVA, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRASALETE REACTIVO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRASALETE DE PRECISION, VO INVASIVA COMPLETO PEDIMÉTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO, GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 156 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | CABRO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR CON TANQUE DE OXIGENO, LARINGO CON CARGADOR Y 10 HOJAS | CARRO(CAPSA SOLUTION) DESFIBRILADOR(NHO N KOH(DEN) | CARRO(AVALO) DESFIBRILADOR(TEC 3631E) | CARRO(02152395) DESFIBRILADOR(0458) CARGADOR LARINGO(24245) | 38000686 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: VERIFICACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISION, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES -/+ 5 V.C.D.; REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBOS EMISORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERRILLAS DE CONTROL, REVISION Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TEGLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERRILLAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO A MONITOR INCLUIDO EN EL CARRO Y TODAS SUS PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL DE MONITOR Y DESFIBRILADOR, ASI COMO RODILLAS EN CASO DE SER NECESARIO, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 157 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | DESFIBRILADOR-MONITOR | DESFIBRILADOR(NHO N KOH(DEN) | DESFIBRILADOR(TEC-5631E) | DESFIBRILADOR(01474) | 38000695 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES -/+ 5 V.C.D.; REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBOS EMISORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TEGLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERRILLAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 158 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | CAMPANA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE VAPORES | LAB TECH DAHAN | LCB-1203B | 4022514 | 380000703 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISION DE FLUIDO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LÁMPARA U V Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACION DE EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE FUENTE DE ALIMENTACION, CONTROL DE PARTICULAS, BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICION DE VELOCIDAD DE AIRE Y LINEA, MEDICION DE PARAMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRON DE FLUIDO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 159 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | UNIDAD DE ELECTROCRURGIA CON COAGULADOR DE ARGON | ELECTROCRURGIA(WEM MEDTRONIC) | ELECTROCRURGIA(SS 015X) COAGULADOR(ARGO N 4) | ELECTROCRURGIA(CA000 2875) COAGULADOR(EA80009 81) | 380000740 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DESFIBRILADOR QUE INCLUYE: VERIFICACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES -/+ 5 V.C.D.; REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBOS EMISORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA (VISUAL Y AUDITIVA), VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TEGLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERRILLAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--|--|---------|--|--|-------------------|------------------|-----------------|--|
| 160 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD CON MONITOR Y DOS VAPORIZADORES | MINDRAY | MAQUINA(WATO EX-65) MONITOR(BENVISIO N N15) VAPORIZADOR SEVDF(LORANCI)DK7A111 VAPORIZADOR SEVDF(LORANCI)DK7A111 VAPORIZADOR ISOT(LORANCI)DKH9B1412 50) | MAQUINA(KT-39001943) MONITOR(FI-89003406) VAPORIZADOR SEVDF(LORANCI)DK7A111 VAPORIZADOR SEVDF(LORANCI)DK7A111 VAPORIZADOR ISOT(LORANCI)DKH9B1412 50) | 380000748 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DE CAJONERA, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE EG6 DE SATURACION, SUMINISTRO DE FILTROS Y TIEMPOS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FULLE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, SELLADO DE FUGAS DE CONDENSAS, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CINCUENTA PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETAS, ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 161 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | MONITOR DE TRASLADO | DRAGER | INFITY VISTA X2 | 6054865268 | 380000749 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN CALIBRACION DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE FUERTE DE POSER LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE FUERTE DE POSER LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 162 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | MOTOBOMBA RECIRCULADORA No 3 | SIEMENS | 3KXK11 | CO4T0124M-43 | JMC4M013 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBORRNADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACION DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 163 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | CHILLER 2 | CARRIER | 30KTN06D-63KA | 704129584 | JMCMB32 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE REQUIERE SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R-134A POR FUGA EN LA LINEA DE SUCCION, LIMPIEZA INTERNA CON SISTEMA MECANICO A EVAPORADOR Y LIMPIEZA QUIMICA-MECANICA A CONDENSADOR, CAMBIO DE ACEITE SINTETICO, SUSTITUCION DE VALVULAS DE SERVICIO, CAMBIO DE ORING A TUBERIA DE CONDENSADOR, PINTURA EN GENERAL CON PRIMARIO Y ESMALTE COMO ACABADO, SUMINISTRO DE AGLANTE ARMARELEX DE 1", TOTAL DEL EQUIPO, VERIFICACION DE FUGAS, VERIFICACION DE PARAMETROS, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 164 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | UNIDAD M/ANEJADORA DE AIRE 4 | TRANE | MCCBD3DUJADADA | HSD060975 | JMCU004 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE MOTOR DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TÉRMOICO REVISION DE FUSIBLE |
| 165 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | 5/M | 5/5 | JMCU016 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TÉRMOICO REVISION DE FUSIBLE |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|------------------------|---|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| 166 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | VENTILADOR VOLUMETRICO | PANTALLA(COVIDE N) VENTILADOR(COVID IEN) BATERIA(COVIDIEN) COMPRESOR(COVID IEN) HUMIDIFICADOR(EM) | PANTALLA(PURITA N BENNETT 840) VENTILADOR(PURIT AN BENNETT 840) BATERIA(PURITAN BENNETT 840) COMPRESOR(COM PRESSOR 806) HUMIDIFICADOR(H UMIDEM CT DUAL) | PANTALLA(141709464 9) VENTILADOR(3512144 436) BATERIA(3513140984) COMPRESOR(351131 162) HUMIDIFICADOR(HC14 0728) | 380000347 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS CON SIMULADOR, CALIBRACION EN GENERAL DEL EQUIPO, REPARACION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO, ELECTRICO Y NEUMATICO DE VENTILACION, CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, REEMPLAZO DE REACCIONES DE PARTES DAÑADAS, ELIMINACION DE FUGAS, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE OXIGENO, SUMINISTRO DE CIRCUITO DE PACIENTE DESCHABLE, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO FILTRO ANTIMICTERIAL, CAMBIO DE BATERIAS DE RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, SUMINISTRO DE DIAPHRAGMA, CAMBIO DE SENSOR DE FLUIDO, CAMBIO VASO DE SEGRIGACION, CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, LIMPIEZA, REVISION Y CALIBRACION DE INDICADORES DE ACUERDO A NOM - 025 S543 - 2013, DISPLAY, ALARMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, PEP (PICO) Y VALOR MEDIO DE FLUIDO DE INSPIRATORIO, PIP (PICO DE PRESION INSPIRATORIAL), REVISION, REPARACION O CAMBIO DE CALENTADOR DE AIRE EXPULSADO EN CASO DE SER NECESARIO SI EL VENTILADOR LO TIENE, REVISION Y CAMBIO DE TURBOS Y MANGUERAS EN CASO DE SER NECESARIO, PUESTO EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |
| 167 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | VENTILADOR VOLUMETRICO | PANTALLA(COVIDE N) VENTILADOR(COVID IEN) BATERIA(COVIDIEN) COMPRESOR(COVID IEN) HUMIDIFICADOR(EM) | PANTALLA(PURITA N BENNETT 840) VENTILADOR(PURIT AN BENNETT 840) BATERIA(PURITAN BENNETT 840) COMPRESOR(COM PRESSOR 806) HUMIDIFICADOR(H UMIDEM CT DUAL) | PANTALLA(141709497 4) VENTILADOR(3512144 727) BATERIA(3513140996) COMPRESOR(35113141 623) HUMIDIFICADOR(HCD 15-0749) | 380000349 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS CON SIMULADOR, CALIBRACION EN GENERAL DEL EQUIPO, REPARACION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO, ELECTRICO Y NEUMATICO DE VENTILACION, CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, REEMPLAZO DE REACCIONES DE PARTES DAÑADAS, ELIMINACION DE FUGAS, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE OXIGENO, SUMINISTRO DE CIRCUITO DE PACIENTE DESCHABLE, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO FILTRO ANTIMICTERIAL, CAMBIO DE BATERIAS DE RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, SUMINISTRO DE DIAPHRAGMA, CAMBIO DE SENSOR DE FLUIDO, CAMBIO VASO DE SEGRIGACION, CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, LIMPIEZA, REVISION Y CALIBRACION DE INDICADORES DE ACUERDO A NOM - 025 S543 - 2013, DISPLAY, ALARMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, PEP (PICO) Y VALOR MEDIO DE FLUIDO DE INSPIRATORIO, PIP (PICO DE PRESION INSPIRATORIAL), REVISION, REPARACION O CAMBIO DE CALENTADOR DE AIRE EXPULSADO EN CASO DE SER NECESARIO SI EL VENTILADOR LO TIENE, REVISION Y CAMBIO DE TURBOS Y MANGUERAS EN CASO DE SER NECESARIO, PUESTO EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |
| 168 | 5 | 38 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA" | VENTILADOR VOLUMETRICO | PANTALLA(COVIDE N) VENTILADOR(COVID IEN) BATERIA(COVIDIEN) COMPRESOR(COVID IEN) HUMIDIFICADOR(EM) | PANTALLA(PURITA N BENNETT 840) VENTILADOR(PURIT AN BENNETT 840) BATERIA(PURITAN BENNETT 840) COMPRESOR(COM PRESSOR 806) HUMIDIFICADOR(H UMIDEM CT DUAL) | PANTALLA(141709463 7) VENTILADOR(3513140 946) BATERIA(3512144419) COMPRESOR(351131 160) HUMIDIFICADOR(HCD 14-0727) | 380000352 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS CON SIMULADOR, CALIBRACION EN GENERAL DEL EQUIPO, REPARACION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO, ELECTRICO Y NEUMATICO DE VENTILACION, CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, REEMPLAZO DE REACCIONES DE PARTES DAÑADAS, ELIMINACION DE FUGAS, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE OXIGENO, SUMINISTRO DE CIRCUITO DE PACIENTE DESCHABLE, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO FILTRO ANTIMICTERIAL, CAMBIO DE BATERIAS DE RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, SUMINISTRO DE DIAPHRAGMA, CAMBIO DE SENSOR DE FLUIDO, CAMBIO VASO DE SEGRIGACION, CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, LIMPIEZA, REVISION Y CALIBRACION DE INDICADORES DE ACUERDO A NOM - 025 S543 - 2013, DISPLAY, ALARMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, PEP (PICO) Y VALOR MEDIO DE FLUIDO DE INSPIRATORIO, PIP (PICO DE PRESION INSPIRATORIAL), REVISION, REPARACION O CAMBIO DE CALENTADOR DE AIRE EXPULSADO EN CASO DE SER NECESARIO SI EL VENTILADOR LO TIENE, REVISION Y CAMBIO DE TURBOS Y MANGUERAS EN CASO DE SER NECESARIO, PUESTO EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |
| 169 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | AUTOCLAVE | EMSA | S/M | S/S | 1220 | CEVE | ELECTROMECANICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION, MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA DE URTRAE, LUBRICACION DE PERNO Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPORES, PRUEBAS DE VAPORES DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

(Handwritten signature and initials)

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|-------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|---|
| 170 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | AUTOCLAVE | FEHIMEX | K2038EE | MB-3345 | 2415 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y ASISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNO Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 171 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | AUTOCLAVE | FEHIMEX | S/M | 5/5 | 13239 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y ASISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNO Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 172 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | INCUBADORA NEONATAL Y/O DE TRASLADO | MEDIX | PC-305 | 3815-04 | 0037-619 | PASILLO DE PEDIATRÍA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE ONGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE FILTRO DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 173 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | DESIBRIADOR | PROGETTI | RESCUE LIFE BIPHASE | R1212110804/11503 | 12487 | URGENCIAS, OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBO-IMPRESORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CÁBLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TERCERAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 174 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | UC/UMA | YORK | XTI-042X060 | ADHM X10056 | 12535 | QUIROFANO ASISTENCIAL | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALIMENTACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 175 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | ULTRASONIDO | MINDRAY | DC-43 | 6D-S1002886 | 12801 | RX | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACIÓN O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS, INSTALACIÓN DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TÉCNICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TÉCNICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS, REPARACIÓN DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|
| 176 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | THESA | VITALUX | 544 | 12953.615 | PASILLO DE PEDIATRIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACION Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACION DE TAPETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACION, REPARACION Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, CALIBRACION DE EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 177 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | THESA | VITALUX | 217 | 12954-392000632 | PASILLO DE PEDIATRIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACION Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACION DE TAPETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACION, REPARACION Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, CALIBRACION DE EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 178 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | INCUBADORA NEONATAL Y/O DE TRASLADO | SAPS | ISOTERM | VE12-218 | 13113 | RECURSOS MATERIALES | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTI-BACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACETE, CAMBIO DE TAPETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 179 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | INCUBADORA NEONATAL Y/O DE TRASLADO | SAPS | ISOTERM | VE12-223 | 13114 | RECURSOS MATERIALES | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTI-BACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACETE, CAMBIO DE TAPETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 180 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | ELECTROCARDIOGRAMA | NIHON KOHDEN | ECG-1250K | 13841 | 13173 | URGENCIAS ADULTOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE LIMPIEZA, REPARACION Y/O REEMPLAZO DE BÚSQUA, LIMPIEZA, REPARACION Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACION O CAMBIO DE TAPETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACION DEL PARÁMETRO FISIOLÓGICO, SUMINISTRO E INSTALACION, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPD, Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERIAS, REPARACION Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 181 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | UC/UMA | CARRIER | 40RM 012-613HC | 4507034364 | 1456 | UCIN | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, CAMBIO DE MOTORES DE VENTILADORES, REVISION DE GAS REFRIGERANTE, REVISION DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 182 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | UC/UMA | TRANE | CSA0301A00 | K17602100 | 14649 | UMA 1, TOCILIADOR | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

X

X

A

S

2

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|--|------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| 183 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHON" | UC/UMA | TRANE | CSAA14UJAU00 | K17GG0701 | 14651 | UMA 2. TOCOCRUBIJA Y EXPULSIONES | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR CAMBIO DE CHILMADERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALMACENACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 184 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHON" | UC/UMA | TRANE | CSAA21UJAU00 | K17GG02090 | 14656 | UMA 3 NIVEL | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHILMADERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALMACENACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 185 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHON" | AUTOCLAVE | SIMEX | ECV7050-G-MIII | 072/314-20188 | 15345 | CEVE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASIANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VÁLVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE AGUJERO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNO DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 186 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHON" | PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA | JOHN DIEBE | 6122HFT070(JD400) | RG6125HQ8341 | 1660 | SUBSTACION ELECTRICA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECANICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESION, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASI COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACION DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERIAS MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 187 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHON" | INCUBADORA REGIONAL Y/O DE TRASLADO | SAPS | ISOTERM | 869 | 6057 | PASILLO DE PEDIATRIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CEEDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTI-BACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACITE, CAMBIO DE TABLEROS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MODULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 188 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHON" | PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA | CUMMIS | KTA1962/750HP | 37153481 | 6449 | SUBSTACION ELECTRICA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECANICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESION, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASI COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACION DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERIAS MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prop. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|---|---------------------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|
| 189 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | INCUBADORA NICONATAL Y/O DE TRASLADO | MERIX | NATAL CARE ST/LX | 359-05 | 8561 | PASILLO DE PEDIATRÍA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACITE, CAMBIO DE TARIETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MODULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 190 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | INCUBADORA NICONATAL Y/O DE TRASLADO | SAPS | ROTERM | 5/5 | 8562 | PASILLO DE PEDIATRÍA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACITE, CAMBIO DE TARIETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MODULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 191 | 5 | 39 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN" | AUTOCLAVE | FHELMEX | AZTECA A-240 | MB15934 | HRXLPN/390001088 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MÓDULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y ASLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNO Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 192 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELLO | AUTOCLAVE | S/M | S/M | 5/5 | 11844 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MÓDULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y ASLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNO Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 193 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELLO | MAQUINA DE ANESTESIA | GE HEALTHCARE FINLAND OVI/IC | S/M | APK100205 | 730000033 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARIETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARIETA ELECTRONICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECO DE SATURACION, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, SELLADO DE FLUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE ORIGEN, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESFALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZAJETES ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| 194 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | UNIDAD DE ELECTROCRIGIA | MEGADYNE | MEGA POWER TM | 150328001 | 730000038 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DESHIBRIDADOR QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES 4-7.5 V.C.D. REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACIÓN FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPUTUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA (VISUAL Y AUDITIVA), VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERRILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALITAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 195 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC2000 | CV-51114194 | 730000055 | URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARÁMETROS [EC, SPO2, CO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA], AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 196 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC2000 | CV-51114282 | 730000056 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARÁMETROS [EC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA], AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 197 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL | S/M | S/M | 15000533 | 730000072 | AREA RX | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION DE FUENTE CONNUTADA DE ALIMENTACION DE 24V, SWCD STARRY, REPARACION DE PLACA ELECTRONICA DE MANDO DE DISPARO DE ALTO VOLTAJE, MANTENIMIENTO DE TUBO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CONTROL DE CARGA DE CAPACITORES, MANTENIMIENTO A PLACA ELECTRONICA DE FOCO GROSUO Y FINO, MANTENIMIENTO A CABLEZADO PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE ANODO Y CANTOSO, CALIBRACION DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 198 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | CUNA CALOR RADIANTE V/O FOTOTERAPIA | THESA | TONALI | 5781001 | 730000073 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACITEL, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COJCHON, MANTENIMIENTO A ROSARIAS, MANTENIMIENTO DE BARRANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 199 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | INCUBADORA NEONATAL V/O DE TRASLADO | FAMEM | IT-158-15 | CF-7118 | 730000078 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

OS

X





A

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|-------------------------------------|---|----------|--------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|
| 200 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEUCELO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PIABRE | SVP10 | SVP1018194706 | 73000084 | URGENCIAS-COVID | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTE EN CALIBRACION DE PARAMETROS (EC, SPO2, CO2, PAIN, PL, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION, NO INVASIVA, COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 201 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEUCELO | AUTOCLAVE | MAN LOVE | AGT-49 | 5/5 | 73000088 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MÓDULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMIETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE FERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 202 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEUCELO | CARRIO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REINTEGRACION CON DESFIBRILADOR MONITOR. | MEDIANA | D500 | 5/5 | 73000090 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: VERIFICACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISION, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBO EMISORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE FACILITE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONEJAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FERRILAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, MANTENIMIENTO A MONITOR INCLUIDO EN EL CARRIO Y TODAS SUS PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL DE MONITOR Y DESFIBRILADOR, ASI COMO RODAJES EN CASO DE SER NECESARIO, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 203 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEUCELO | ELECTROCARDIOGRATO | COMEN | CM300 | 301810281448 | 73000091 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACION Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, LIMPIEZA, REPARACION Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACION O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN POR (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACION DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERIAS, REPARACION Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 204 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEUCELO | ELECTROCARDIOGRATO | COMEN | CM300 | 301810281468 | 73000092 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACION Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, LIMPIEZA, REPARACION Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACION O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN POR (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACION DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERIAS, REPARACION Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

**ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023**

| Nº Prog. | S.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---|
| 205 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | EQUIPO DE EMISIONES OTODIAGNOSTICAS | OTODYNAMICS | OTOPORT | 10327 | 730000093 | JEFATURA DE ENFERMERIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES MECÁNICOS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O REPARACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPARACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS QUE SE REQUIERAN PARA SU FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEBIENDO EN OPERACIÓN CORRECTAMENTE. |
| 206 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | CM300 | 301810284478 | 730000096 | URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARIETA TOUCH SCREEN PER (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 207 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | INCUBADORA NEONATAL Y/O DE TRASLADO | SAPS | ISO TERM | 876 | HCT9001 | CUARTOS OBSTETRICOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIA Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TÁBLETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 208 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | EVAPORADOR | YORK | YHFE24XIMAXA-RX | B34238398808N00347 | HCT9055 | PARTO HUMANIZADO | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE FILTROS EPA, FILTRO DE CARBÓN, FILTRO DE PAPEL, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE CARGA DE GAS R410A |
| 209 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | EVAPORADOR | YORK | YHFE24XTMDMHRX | 449801238211202045 | HCT9056 | PARTO HUMANIZADO | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE FILTROS EPA, FILTRO DE CARBÓN, FILTRO DE PAPEL, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE CARGA DE GAS R410A |
| 210 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | CONDENSADOR | YORK | YHFE24YTMDMHO-X | 449802738211202037 | HCT9057 | AZOTEA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 211 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | CONDENSADOR | YORK | YHFE24YIMAXAO-X | A21238398808W00062 | HCT9058 | AZOTEA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 212 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO | CONDENSADOR | YORK | YHFE24YIMAXAO-X | WJ07592142 | HCT9059 | AZOTEA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--|--------------------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------|---|
| 213 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TECELO | CONDENSADOR | YORK | YHE36R21HA | W107592162 | HCT9060 | AZOTEA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR CAMBIO DE CILINDROS, DE INCLAMENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERENINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE, BOLA, BOLSULLOS, METALICOS, ALBERACION DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 214 | 5 | 73 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TECELO | EVAPORADOR | AIRLAN | AH3201D4-Q4 | 5/5 | HCT9061 | HOSPITAL | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE FILTRO, EPA, FILTRO DE CARBON, FILTRO DE PAPEL, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CARGA DE GAS R410A. |
| 215 | 5 | 103 | CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE AUTO LUCERO | MESA DE EXPLORACION QUIRURGICA | MEDIFA | MAT 500 | 15763 | CSCHALLU/1030000 60 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECANICOS E HIDRAULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECANICO, AJUSTE Y CALIBRACION DE POSICIONES, AJUSTE DE PARAMETROS, LUBRICACION DE SUS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION, CAMBIO DE COCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRALES PARA AJUSTE DE PLENERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRAULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 216 | 5 | 103 | CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE AUTO LUCERO | MESA DE EXPLORACION QUIRURGICA | MEDIFA | MAT 500 | 0 | CSCHALLU/1030000 72 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECANICOS E HIDRAULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECANICO, AJUSTE Y CALIBRACION DE POSICIONES, AJUSTE DE PARAMETROS, LUBRICACION DE SUS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION, CAMBIO DE COCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRALES PARA AJUSTE DE PLENERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRAULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 217 | 5 | 103 | CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE AUTO LUCERO | MAQUINA DE ANESTESIA BASICA | DRAGUER | FABIUS PLUS | ASCE-0107 | CSCHALLU/1030000 73 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACION, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIFITE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 218 | 5 | 103 | CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE AUTO LUCERO | PLANTA DE EMERGENCIA | JOMH DEIRE | 4045 TF150 | PE4045 7804424 | HALMANG03 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECANICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESION, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE RESISTENCIAS DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDA REAPRIETE DE CONDICIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASI COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACION DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERIAS, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| 219 | 6 | 16 | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA | CLIMA TIPO PAQUETE DE 20TR | DUNHAM-BUSH | 6ACCS320P | 233100002 | 16000857 | URGENCIAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 220 | 6 | 16 | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA | AUTOCLAVE | IPM | AGR0 | S/S | 1716000886 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MÓDULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASIANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPA DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 221 | 6 | 19 | HOSPITAL GENERAL HUATUSCO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | DASH 4000 | S/S | HGH1150 | HOSPITAL | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (F.C, SPO2, CO2, PAKI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION V/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESERVA, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR, SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 222 | 6 | 19 | HOSPITAL GENERAL HUATUSCO | EQUIPO DE RAYOS X FHO | CARESTREAM | QT-740 | Q1740-15N-0116 | S/N | IMAGENOLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION DE FUENTE CONNUTADA DE ALIMENTACION DE 24V, 3VCD STANBY, REPARACION DE PLACA ELECTRONICA DE MANDO DE DISPARO DE ALTO VOLTAJE, MANTENIMIENTO DE TURBO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CONTROL DE CARGA DE CAPACITORES, MANTENIMIENTO A PLACA ELECTRONICA DE FOCO GRUESO Y FINO, MANTENIMIENTO A CABEZAL PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE ANODO Y CATODO, CALIBRACION DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 223 | 6 | 19 | HOSPITAL GENERAL HUATUSCO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | DASH 4000 | 50008421102GA | S/N | HOSPITAL | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (F.C, SPO2, CO2, PAKI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION V/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESERVA, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR, SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 224 | 6 | 16 | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA | DESIBRILADOR | HEWLETT PACKARD | CODE MASTER | S/N | HGC-0926 | TERAPIA INTENSIVA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJE +/-, 5 V.CD, REPARACION DE TARIETAS ELECTRONICAS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TURBO EMBORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE FETAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TEGLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE FIBRILAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO V/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

**ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023**

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------|--|---------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|---|
| 225 | 6 | 16 | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-2000 | 5/5 | HGC-16000214 | TERAPIA INTENSIVA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (EC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 226 | 6 | 16 | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-2000 | 5/5 | HGC-16000323 | TERAPIA INTENSIVA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (EC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 227 | 6 | 16 | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA | Lampara de cirugía manual doble p/especialidades | MARTIN | ML 701 | R090002D109092 | HGC-1903 | QUIROFANO SALA NO. 1 | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISION Y AJUSTE DE ROTACION, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACION DEL BRAZO PORTA LAMPARA; REVISION Y AJUSTE DE MANGO; SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO PRIMARIO Y DE RESERVA HALOGENADOS; CAMBIO DE CERAMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE CRISTAL, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL, ELECTRONICO (ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCION DE INTENSIDAD DE LUZ, ALARMA VISUAL), MANTENIMIENTO DE CABLEZAL, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS), REVISION AJUSTE DE ALIMENTACION ELECTRICA, REEMPLAZO DE BATERIA, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 228 | 6 | 16 | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA | Lampara de cirugía sencilla p/especialidades | MARTIN | ML 501 | R090002D080 | HGC-1909 | TOCOCIRUGIA SALA EXP. 1 | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISION Y AJUSTE DE ROTACION, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACION DEL BRAZO PORTA LAMPARA; REVISION Y AJUSTE DE MANGO; SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO PRIMARIO Y DE RESERVA HALOGENADOS; CAMBIO DE CERAMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE CRISTAL, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL, ELECTRONICO (ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCION DE INTENSIDAD DE LUZ, ALARMA VISUAL), MANTENIMIENTO DE CABLEZAL, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS), REVISION AJUSTE DE ALIMENTACION ELECTRICA, REEMPLAZO DE BATERIA, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 229 | 6 | 16 | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA | Lampara de cirugía sencilla p/especialidades | MARTIN | ML 501 | R090002D082 | HGC-1917 | TOCOCIRUGIA SALA EXP. 2 | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISION Y AJUSTE DE ROTACION, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACION DEL BRAZO PORTA LAMPARA; REVISION Y AJUSTE DE MANGO; SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO PRIMARIO Y DE RESERVA HALOGENADOS; CAMBIO DE CERAMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE CRISTAL, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL, ELECTRONICO (ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCION DE INTENSIDAD DE LUZ, ALARMA VISUAL), MANTENIMIENTO DE CABLEZAL, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS), REVISION AJUSTE DE ALIMENTACION ELECTRICA, REEMPLAZO DE BATERIA, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 230 | 6 | 16 | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA | MESA DE CIRUGIA FRAL - CON EXTENSION ORTOPEDICA | MAQUET | ALPHA CLASSIC/7419 | 5/5 | HGC-1918 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECANICOS E HIDRAULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECANICO, AJUSTE Y CALIBRACION DE POSICIONES, AJUSTE DE PARAMETROS, LUBRICACION DE SUS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION, CAMBIO DE COCCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERBIJAS PARA AJUSTE DE PIRNEVAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRAULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and a signature that appears to be 'S'.

**ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023**

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| 231 | 6 | 16 | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANIGA | CLIMA DE PAQUETE 20 TON. | GENERAL ELECTRIC | ENGSTROM CARESTATION | CBCLM00460 | HGC-4005 | BODEGA DISPLACIAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CALAMACERAS, DE BODAMIENTOS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE POLVA, ARCULITOS, METALICOS, ALUBACION DEL MOTOR, REVISION DE BANDOS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 232 | 6 | 16 | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANIGA | HIDROMEJUNMATICO | SIN MARCA | SIN MODELO | S/N | HGCY-15/4 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE : SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARBETE 2", INCLUIE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUIDO CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGUJEPE, REVISION DE 40 AMPS, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL, PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. |
| 233 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | AUTOCLAVE | AMSCO DE MEXICO | S/M | S/S | 300000396 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPUJADORES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CAMBION EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPORES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 234 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | DESFIBRILADOR | ZOLL | M-SERIES | S/S | 300000399 | HOSPITAL | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES 4, 5, Y 6, REPARACION DE TABLETAS ELECTRONICAS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TIPOS EMBORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE FUENTE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SEÑAL DE ANGIOFASIA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TEGLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLOS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 235 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | AUTOCLAVE | FELHMEX | AZTECA | S/N | 300000609 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPUJADORES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CAMBION EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPORES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 236 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | PLANTA DE EMERGENCIA | CUMMINGS | Q319-G3 MB3 | 46966868 | 1-600724 | TORRE DE ESPECIALIDADES | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECÁNICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y MANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASÍ COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERÍAS, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 237 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | PLANTA DE EMERGENCIA | IGSA | GS-700 | 22153081 | 1-800038 | EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECÁNICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y MANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASÍ COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERÍAS, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 238 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM-9000 | W54H234910R | 1-201679 | HOSPITALIZACIÓN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARÁMETROS (EC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA, COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 239 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 2000 | W54H234710R | 1-201633 | HOSPITALIZACIÓN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARÁMETROS (EC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA, COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 240 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | INCUBADORA DE TRASLADO | DRAGER | C450 | S/S | 1-202826 | NEONATOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTI-BACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MODULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 241 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | INCUBADORA DE TRASLADO | FANEM | S/M | S/S | 1-202384 | NEONATOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTI-BACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MODULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|
| 242 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NORTHEAST MEDICAL | Z000C | S/S | I-202465 | MAPE | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 243 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | DEFIBRILADOR | RESCUE LIFE | S/M | S/S | I-202584 | HOSPITAL | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE AJUSTE Y LUBRIFICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SENAL DE AVISUALORIA, VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TEGAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 244 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 2000 | CV-51114250 | I-202695 | DISTINCION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 245 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 2000 | CV-51114290 (300000518) | I-202699 | RECUPERACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 246 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 2000 | CV-51114345 | I-202701 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 247 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 2000 | CV-51114377 | I-202702 | URGENCIAS ADULTOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------|-------------|----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--|
| 248 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | GOLDWAY G40 | CR93905209 | I-203368 | AREA DE CHOQUE URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS IFC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA, COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 249 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | GOLDWAY G40 | CR93905281 | I-203375 | AREA DE CHOQUE URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS IFC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA, COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 250 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PROMISE | PRO M-12 | PMS12D20082199 | I-203455 | (HOSPITALIZACION) 3PISO ME-CG | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS IFC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA, COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 251 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | PULSOXIMETRO RADICAL-7 | MASIMO | RADICAL-7 | 1000188016 | I-203498 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TABQUETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, INCLUIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS (SENSOR DE SPO2) |
| 252 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | PULSOXIMETRO RADICAL-7 | MASIMO | RADICAL-7 | 1000188029 | I-203499 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TABQUETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, INCLUIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS (SENSOR DE SPO2) |
| 253 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | PULSOXIMETRO RADICAL-7 | MASIMO | RADICAL-7 | 1000187970 | I-203500 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TABQUETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, INCLUIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS (SENSOR DE SPO2) |
| 254 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | PULSOXIMETRO RADICAL-7 | MASIMO | RADICAL-7 | 1000188014 | I-203501 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TABQUETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, INCLUIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS (SENSOR DE SPO2) |
| 255 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | PULSOXIMETRO RADICAL-7 | MASIMO | RADICAL-7 | 1000188024 | I-203502 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TABQUETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, INCLUIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS (SENSOR DE SPO2) |
| 256 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | PULSOXIMETRO RADICAL-7 | MASIMO | RADICAL-7 | 1000187443 | I-203503 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TABQUETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, INCLUIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS (SENSOR DE SPO2) |
| 257 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | PULSOXIMETRO RADICAL-7 | MASIMO | RADICAL-7 | 1000188018 | I-203504 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TABQUETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, INCLUIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS (SENSOR DE SPO2) |
| 258 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | PULSOXIMETRO RADICAL-7 | MASIMO | RADICAL-7 | 1000188066 | I-203505 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TABQUETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, INCLUIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS (SENSOR DE SPO2) |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------|--|
| 259 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | PULSÓXÍMETRO RADICAL-7 | MASIMO | RADICAL-7 | 1000187099 | I-203506 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TARJETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRIC Y ELECTRONICO, INCLUIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS (SENSOR DE SPO2) |
| 260 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | PULSÓXÍMETRO RADICAL-7 | MASIMO | RADICAL-7 | 1000186885 | I-203507 | INHALOTERAPIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TARJETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRIC Y ELECTRONICO, INCLUIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS (SENSOR DE SPO2) |
| 261 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | TANQUE HIDRONEUMÁTICO | S/M | S/M | S/S | I-800044 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUIR MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, AJUSTACION DE BOMBA ASIAVAITE, PUEBRO DE MEGUERA, REVISION DE 40 AMPERES, REVISION DE MANDRIL PRINCIPAL DE 2" HUBO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TOLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. |
| 262 | 7 | 30 | HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO | CLIMA QUIROFANO | CARRIER | 3BAUDA16ADAGADAO AO | 0820937122 | N/I | QUIROFANO | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 263 | 7 | 87 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAQUIPA | UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD | GENERAL ELECTRIC | AVANCE CSZ/CARESCA PEB651 | APKTD0189/APK00220 | HITD007184132007 34 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES; REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CASNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE EGG DE SATURACION, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE ORIGEN, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO RRAZALETES ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 264 | 7 | 87 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAQUIPA | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL HIDRAULICA BASICA | DIMEDIC | MEG-H | S/N | HITD007184132010 93 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECANICOS E HIDRAULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECANICO, AJUSTE Y CALIBRACION DE POSICIONES, AJUSTE DE PARAMETROS, LUBRICACION DE SUS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION, CAMBIO DE COILCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRAULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|---|---------|--------|--------------|-------------------------|------------------|-----------------|--|
| 265 | 7 | 87 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAQUILPA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 13000 | 1.30161E+11 | HIT300784(3)3008 91 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CAMISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES, ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 266 | 7 | 87 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAQUILPA | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL HIDRAULICA BASICA | DIMEDEC | MCG-H | S/N | HIT3007284(3)3010 92 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLOQUETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 267 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAEV TORRE PEDIÁTRICA) | AUTOCLAVE | FEHIMEX | FEWIX | 5/5 | HAEV/36002649 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y ASLANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VALVULAS, SONDAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 268 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAEV TORRE PEDIÁTRICA) | AUTOCLAVE | FEHIMEX | FEWIX | 5/5 | HAEV/36002650 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y ASLANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VALVULAS, SONDAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 269 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | HIDRONEUMÁTICO CON 3 BOMBAS | PICSA | S/M | 5/5 | HAEV/MANTTO01 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE : SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE LOS TIPOS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARRIETE 2 , INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO CAMBIO DE BALORES, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ ASISTANTE, PRUEBAS DE MEGGER, REVISIÓN DE 40 AMPS, REVISIÓN DE MANÓMETRO PRINCIPAL DE 2 º HUNDEO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PE 2 , SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. de Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|--|---------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| 270 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAEV TORRE PEDIÁTRICA) | INCUBADORA | BISTOS | BT-500 | FAH8004 | HAEV-HIV-003025 | TORRE PEDIÁTRICA UCIN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTI-BACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TABLETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 271 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAEV TORRE PEDIÁTRICA) | ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR | PHILIPS | EPI7 | US1280798 | HAEV-HIV-1045 | TORRE PEDIÁTRICA CARDIOPIEDIATRIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: EJECUCION DE BACKUP, DEPURACION DEL SISTEMA OPERATIVO, CARGA DE LICENCIAS Y DRIVERS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE A VERSION MAS RECIENTE, SE REALIZAN REEMPLAZO DE FILTROS, KIDS DE ORO EN EL SISTE, MANTENIMIENTO A TRACBALL, LIMPIEZA DE TECLADO, LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES, LIMPIEZA DE SISTEMAS ELECTRONICO Y ELECTRONICO, INSTALACION DE NUEVAS TERMINALES PUESTA A TIERRA EN SISTEMA REGULADOR DE VOLTAGE, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LA FUENTE DE PODER SE REALIZAN LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, SE EJECUTARAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |
| 272 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAEV TORRE PEDIÁTRICA) | CAMPANA DE FLUIDO LAMINAR | ESCO | LVG-4AG-F9 | 2016-110410 | HAEV-HIV-878 | ONCOLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISION DE FLUIDO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LAMPARA UV Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACION DE EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE FUENTE DE ALIMENTACION, CONTROL DE PARTICULAS BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICION DE VELOCIDAD DE AIRE Y LINEA, MEDICION DE PARAMETROS, CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRON DE FLUIDO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 273 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAEV TORRE PEDIÁTRICA) | CAMPANA DE FLUIDO LAMINAR | ESCO | ESCO | LVG-4AG-F9 | HAEV-HIV-879 | UTIP | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISION DE FLUIDO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LAMPARA UV Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACION DE EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE FUENTE DE ALIMENTACION, CONTROL DE PARTICULAS BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICION DE VELOCIDAD DE AIRE Y LINEA, MEDICION DE PARAMETROS, CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRON DE FLUIDO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 274 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAEV TORRE PEDIÁTRICA) | CAMPANA DE FLUIDO LAMINAR | ESCO | LVG-4AG-F9 | 2017-116074 | HAEV-HIV-881 | UCIN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISION DE FLUIDO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LAMPARA UV Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACION DE EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE FUENTE DE ALIMENTACION, CONTROL DE PARTICULAS BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICION DE VELOCIDAD DE AIRE Y LINEA, MEDICION DE PARAMETROS, CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRON DE FLUIDO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 275 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAEV TORRE PEDIÁTRICA) | CAMPANA DE FLUIDO LAMINAR | ESCO | LVG-4AG-F9 | S/S | HAEV-HIV BID-01 | LACTANTES | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISION DE FLUIDO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LAMPARA UV Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACION DE EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE FUENTE DE ALIMENTACION, CONTROL DE PARTICULAS BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICION DE VELOCIDAD DE AIRE Y LINEA, MEDICION DE PARAMETROS, CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRON DE FLUIDO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 276 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAEV TORRE PEDIÁTRICA) | CHILLER # 3 300 TR | YORK | YK3CPQ4-TIG | SEAM-682170 | HIV/MANTITO/053 | AZOTEA TORRE PEDIATRIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE REQUIERE SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R-134A POR FUGA EN LA LINEA DE SUCCION, LIMPIEZA INTERNA CON SISTEMA MECANICO A EVAPORADOR Y LIMPIEZA QUIMICA MECANICO A CONDENSADOR, CAMBIO DE ACEITE SINTETICO, SUSTITUCION DE VALVULAS DE SERVICIO, CAMBIO DE DRING A TUBERIA DE CONDENSADOR, PINTURA EN GENERAL CON PRIMAÑO Y ESMALTE COMO ACABADO, SUMINISTRO DE ASLANTE ARMARFEX DE 1" TOTAL DEL EQUIPO, VERIFICACION DE FUGAS, VERIFICACION DE PARAMETROS, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|--|---------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------|---|
| 277 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO # 1 | POWEREX | S/M | S/S | HIV/MANTTO-15085 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECHANICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE MOTOR EN CASO DE SER NECESARIO, MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR REFRIGERATIVO DE AIRE GRADO MEDICO, CALIBRACION DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RINGS PARA PISTON, LIMPIEZA DE PLATO CON VALVULAS DE SUCCION Y DESCARGA DE PRESION DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE MANTENIMIENTO ELECTRICO, REVISION DEL PLC, REVISION DE TABLERAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO |
| 278 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | AUTOCLAVE | FEHUMEX | AZTECA 240 | S/S | HIV/MANTTO/009 | CEYE | ELECTROMECHANICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASIANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 279 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | AUTOCLAVE | FEHUMEX | AZTECA A-240 | MB-15931 | HIV/MANTTO/010 | CEYE | ELECTROMECHANICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASIANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 280 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | AUTOCLAVE | FEHUMEX | AZTECA A-310 | MB-15928 | HIV/MANTTO/011 | CEYE | ELECTROMECHANICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASIANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 281 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAEV TORRE PEDIATRICA) | COMPRESOR GRADO MEDICO DE 2 CABEZALES | POWEREX | S/M | S/S | HIV/MANTTO/015 | PATIO DE MAQUINAS | ELECTROMECHANICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE MOTOR EN CASO DE SER NECESARIO, MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR REFRIGERATIVO DE AIRE GRADO MEDICO, CALIBRACION DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RINGS PARA PISTON, LIMPIEZA DE PLATO CON VALVULAS DE SUCCION Y DESCARGA DE PRESION DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE MANTENIMIENTO ELECTRICO, REVISION DEL PLC, REVISION DE TABLERAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO. |
| 282 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAEV TORRE PEDIATRICA) | MOTOBOMBA DE CIRCULACION 15 HP # 2 CHILLER 1 | WEG | S/M | 360-1-51G | HIV/MANTTO/051 | AZOTEA TORRE PEDIATRICA | ELECTROMECHANICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE ENROBADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACION DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. de Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--|--|-------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---|
| 283 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAELV TORRE PEDIÁTRICA) | MOTOBOMBA DE CIRCULACION 15 HP # 1 CHILLER 1 | WEG | S/M | 360-1-STG | HIV/MANTTO/051 | AZOTEA TORRE PEDIATRICA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACION DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 284 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAELV TORRE PEDIÁTRICA) | CHILLER # 1 300 TR | YORK | YKCEPQ4-ELG | SFAM-680260 | HIV/MANTTO/051 | AZOTEA TORRE PEDIATRICA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE REQUIERE SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R-134A POR FUGA EN LA LINEA DE SUCCION, LIMPIEZA INTERNA CON SISTEMA MECANICO A EVAPORADOR Y LIMPIEZA QUIMICA-MECANICO A CONDENSADOR, CAMBIO DE ACEITE SINTETICO, SUSTITUCION DE VALVULAS DE SERVICIO, CAMBIO DE OROSCO A TUBERIA DE CONDENSADOR, PINTURA EN GENERAL CON PRIMARIO Y ESMALTE COMO ACABADO, SUMINISTRO DE ASLANTE MINIMEX DE 1" TOTAL DEL EQUIPO, VERIFICACION DE FLUJOS, VERIFICACION DE PARAMETROS, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 285 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAELV TORRE PEDIÁTRICA) | MOTOBOMBA DE CIRCULACION 15 HP # 6 CHILLER 3 | WEG | S/M | 360-1-STG | HIV/MANTTO/053 | AZOTEA TORRE PEDIATRICA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACION DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 286 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAELV TORRE PEDIÁTRICA) | MOTOBOMBA DE CIRCULACION 15 HP # 5 CHILLER 3 | WEG | S/M | 360-1-STG | HIV/MANTTO/053 | AZOTEA TORRE PEDIATRICA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACION DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 287 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAELV TORRE PEDIÁTRICA) | HIDRONEUMATICO BOMBA # 2 10 HP | PICSA | S/M | S/S | HIV/MANTTO/057 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE : SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARRIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUIDO CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ ASLANTE, PRUEBAS DE MEGGERS, REVISION DE 40 AMPS, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO |
| 288 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAELV TORRE PEDIÁTRICA) | HIDRONEUMATICO BOMBA # 3 10 HP | PICSA | S/M | S/S | HIV/MANTTO/058 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE : SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARRIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUIDO CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ ASLANTE, PRUEBAS DE MEGGERS, REVISION DE 40 AMPS, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO |
| 289 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAELV TORRE PEDIÁTRICA) | MANIFOLD | S/M | S/M | S/S | HIV/MANTTO/MAHID002 | PATIO DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO QUE INCLUYE: ACTUALIZACION DE MANIFOLD A NORMAS DE SALUD, ELABORACION A SISTEMAS DE CONTROL DE FLUJO DE ORIGEN, COLOCACION DE VALVULA TIPO IRIGO PARA ALTO FLUJO, COLOCACION DE VALVULA DE CERRADO RAPIDO TIPO WORCESTER, COLOCACION DE VALVULAS DE 3 VIAS PARA POSICION DE BANGADA, COLOCACION DE MANGUERAS TRAMADAS DE ALTA PRESION, CAMBIO DE VALVULA PRINCIPAL, LIMPIEZA GENERAL Y CAMBIO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. de Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|-----------------------------|--------------|---------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|---|
| 290 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAEV TORRE PEDIÁTRICA) | PLANTA EMERGENCIA ELECTRICA | OTTOMOTORES | HCS34C1 | M13C137188 | HIV/MANTTO/26 | TORRE PEDIATRICA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECÁNICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASÍ COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERÍAS, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 291 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (HAEV TORRE PEDIÁTRICA) | PLANTA EMERGENCIA ELECTRICA | OTTOMOTORES | HCS34C1 | M13E226508 | HIV/MANTTO/07 | TORRE PEDIATRICA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECÁNICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASÍ COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERÍAS, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 292 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | PLANTA DE EMERGENCIA | IGSA | DD-1250 | 5/5 | HAEV-MTT-CI-BSH-051 | TORRE CENTRAL | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECÁNICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASÍ COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERÍAS, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 293 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | CALDERA Ro-2 | POWER MASTER | ATL-2 | 0080DPW8WULOF | Mantto/149034 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESCONECTAR Y RETIRAR ACCESORIOS DE TAPAS PRINCIPALES DEL EQUIPO, APERTURA DE LAS TAPAS FRONTALES Y POSTERIORES O ADRELLAS QUE LLEVE EL EQUIPO, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO A YUGOS Y BLOQUES DE LOS REGISTROS DE MANDO Y HOMBRE PARA LIMPIAR Y PULIR SUS ASIENTOS PARA REEMPLAZAR EMPAQUES DESLIZANDO EL EQUIPO POR EL LADO DEL TUBO CON DISCIBLON METALICO PARA RECUPERAR LA EFICIENCIA DE LA TRANSFERENCIA TÉRMICA DE SU FLUÍDA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTA TEMPERATURA ALUMINIO A ESPESOR MONOMIN Y ESPESOS POSTERIORES, LAVAR INTERAMENTE EL EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA, LAVAR INTERAMENTE LAS COLUMNAS DE CONTROL DE NIVEL DEL AGUA PARA REMOVER LOS SEDIMENTOS Y CAMBIO DE EMPAQUES DE UNA ESTADOR, REVISIÓN DE EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA PARA VERIFICAR QUE ESTE LIBRE DE INCLUSTRACION, INSPECCIÓN VISUALMENTE LAS CONDICIONES ESTRUTURALES DEL EQUIPO PARA CORREGIR QUE NO EXISTAN MANIFESTACIONES DE PROBLEMA DE FATIGA, LIMPIEZA DE BUNQUOS DE EMPALME DE PESTAÑAS Y ASIENTO DE LAS TAPAS, RETIRAR EXCESO DE POLVO Y MUJURE EN FOTOCELDA, MOTOR HIDROULANTE, TABLERO DE CONTROL, TABLERO DE FUERZA, INSTRUMENTACION Y AL ENVOLVENTE DE LA CALDERA, MANTENIMIENTO Y/O SUSTITUCIÓN DEL QUEMADOR, REVISAR Y AJUSTAR TODOS SUS COMPONENTES DESMONTAJE, LIMPIEZA, REVISIÓN, REAJUSTE Y/O SUSTITUCIÓN Y AJUSTE DE ELECTRODO DE PUNCIÓN, REVISAR LA HERMETICIDAD DE LOS REGISTROS DE MANDO Y HOMBRE, INSTALAR EMPAQUES NUEVOS Y SELLOS CON ASLANTE Y CERRAR TAPAS DE CALDERA, REVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE COMPONENTES DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE, REVISIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS PARA CONSTATAR QUE OPERAN CORRECTAMENTE COMBUSTIÓN CON EQUIPO AMPLIADOR DE GASIS. |

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| 294 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | CALDERA No.3 | POWER MASTER | ATL-2 | CCC8CPWFWD5 | Mantto/149035 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESCONECTAR Y RETIRAR ACCESORIOS DE TUBAS PRINCIPALES DEL EQUIPO, APERTURAS DE LAS TAPAS FRONTALES Y POSTERIORES O AQUELLAS QUE LLEGE EL EQUIPO, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO A VUOSOS Y TORTILLAS DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE PARA LIMPIAR Y PULIR SUS ASIENTOS PARA REEMPLAZAR EMPAQUES DESHOLLADO DEL EQUIPO POR EL LADO DEL FUEGO CON ESCOBILLON METALICO PARA RECUPERAR LA EFICIENCIA DE LA TRANSFERENCIA TERMICA DE SU ULTIMERA APLICACION DE PARTIURA DE ALTA TEMPERATURA ALUNDO A TIPO FRONTAL Y ESPEROS POSTERIORES. LAVAR INTERNAMENTE EL EQUIPO POR EL LADO DEL FUEGO. LAVAR INTERNAMENTE LAS COLUMNAS DE CONTROL DE NIVEL DEL AGUA PARA REMOVER LOS CARGOS DE IMPULSIONES DE CALA Y CALDAS. REVISOR DE EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA. PARA VERIFICAR QUE ESTE LIBRE DE OBSTRUCCIONES. INSPECCIONAR VOLUNTARIAMENTE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL EQUIPO PARA COMPROBAR QUE NO HAYAN MANIFESTACIONES DE PROBLEMA DE FATIGA, LIMPIEZA DE FRANKOS DE EMPALME DE ESTERIAS Y ASIENTO DE LAS TAPAS. RETIRAR EXCESO DE POLVO Y MOJURE EN FOTOCELDA, MOTOR MODULANTE TABLERO DE CONTROL, TABLERO DE FUERZA, INSTRUMENTACION Y AL ENVOLVENTE DE LA CALDERA, MANTENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DEL QUEMADOR, REPARAR IMPRESA Y AJUSTAR TODOS SUS COMPONENTES, DISMONTAJE, LIMPIEZA, REVISOR, REINSTALACION Y AJUSTE DE RECEPTOR DE EMISION. REVISOR LA HERMETICIDAD DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE. INSTALAR EMPAQUES NUEVOS Y JELUPA CON AJUSTAR Y CERRAR TAPAS DE CALDRA. REVISOR LA CORRECTA OPERACION DE COMPONENTES DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE. REVISOR DE CONTROLES ELECTRICOS PARA CONSTATAR QUE OPERAN CORRECTAMENTE. CALIBRACION CON EQUIPO ANALIZADOR DE GASES. |
| 295 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | UMA # 7.15 TR | YORK | XT1-072X080 | ADAM XT0316 | Mantto/19045 | IMAGENOLOGIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CUCHILLAS DE RODAMIENTO. REVISOR DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISOR DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISOR DE BANDOS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISOR DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 296 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | 40 TOMAS DE OXIGENO | ABAMEID | S/M | S/S | S/I | DIFERENTES AREAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO AL MODULO DE SERVICIO, TRIM PARA USO OXIGENO Y/O AIRE, CAMBIO DE O-RINGS EN BUJE DE TOMAS, BARRIDO DE LINEA DE LA RED CON NITROGENO A ALTA PRESION, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CALA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, APLICACION DE SOLDADURA DE PLATA EN AREAS REQUERIDAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ROSCADO DE 3/8 PARA MANGUERA, CAMBIO DE CUERPO CHECK COMPLETO EN VALVULAS DAÑADAS. |
| 297 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | 40 TOMAS DE AIRE | ABAMEID | S/M | S/S | S/I | DIFERENTES AREAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO AL MODULO DE SERVICIO, TRIM PARA USO OXIGENO Y/O AIRE, CAMBIO DE O-RINGS EN BUJE DE TOMAS, BARRIDO DE LINEA DE LA RED CON NITROGENO A ALTA PRESION, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CALA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, APLICACION DE SOLDADURA DE PLATA EN AREAS REQUERIDAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ROSCADO DE 3/8 PARA MANGUERA, CAMBIO DE CUERPO CHECK COMPLETO EN VALVULAS DAÑADAS. |
| 298 | 8 | 36 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | UNIDAD INGERA DE PLATON | YORK | S/M | S/S | S/I | PASILLO ENTRADA A TOMOGRAFO | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISOR DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISOR DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISOR DE BANDOS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISOR DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISOR DE BANDAS, REVISOR DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISOR DE FUSIBLE. |

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. de Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|----------------------------|--|----------|--------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|--|
| 299 | 8 | 76 | HOSPITAL GENERAL DE CARDEL | AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 2 COMPRESORES DE 7.5 TR CADA UNO | TRAME | STM | 575 | AAUPTC005-2003 | HOSPITAL | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHIMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SEPTENTES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSAS, ARBOLITOS, METALICOS, ALBERGACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 300 | 8 | 76 | HOSPITAL GENERAL DE CARDEL | AUTOCLAVE | FEHUMEX | AZTECA-A-240 | MB-15980 | EVAG014-HGC-2018 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASUANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA DRENAJE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 301 | 8 | 76 | HOSPITAL GENERAL DE CARDEL | INCUBADORA NEONATAL DE TRASLADO | FANEM | IT15KTT5 | 45648922 | HGCAR700000040 | HOSPITAL | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION V/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE DISEÑO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION V/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MODULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 302 | 8 | 76 | HOSPITAL GENERAL DE CARDEL | MAQUINA DE ANESTESIA | PLABRE | 13000 | 13016-10990004 | HGCAR76-01817 | QUIROFANO | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION V/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CAGNOGRAFA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION V/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECO DE SATURACION, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODALIA, REVISION DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, SELLADO DE FLUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE ORIGEN, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO FACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESFALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 303 | 8 | 76 | HOSPITAL GENERAL DE CARDEL | CUNA DE CALOR RADIANTE | ESPECTRA | ATMOS CARE | IN28-1231 | HGCAR76-01917 | HOSPITAL | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO V/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTES DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTO DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COLORON, MANTENIMIENTO A RODAJES, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|---------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------|--|
| 304 | 8 | 82 | CENTRO ESTADIAL CONTRALAS ADICIONES (CUSPIDE) | PIANTA DE EMERGENCIA | OTTO MOTORES | 6CTAS.362 | 46631169 | CUSPIDE/82/0000060 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOS ELECTROMECANICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESION, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTOS, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REPARTEIL, DE CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASI COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REARPILE DE CONEXIONES ELECTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACION DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERIAS, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 305 | 8 | 88 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAIXCOYAN | AUTOCLAVE | TEMSA | TIM 14 | 50741 | 2794 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MODULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS-SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPUJADORES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE AGENTE DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANDRINOS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CAMARA, DISEÑALE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 306 | 8 | 88 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAIXCOYAN | MANIFOLD | MAN POWER | NUM 002 | 3758963 | HGT-0030 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO QUE INCLUYE: ACTUALIZACION DE MANIFOLD A NORMAS DE SALUD, ELABORACION A SISTEMAS DE CONTROL DE FLUIDO DE OXIGENO, COLOCACION DE VALVULA TIPO BICO PARA ALTO FLUIDO, COLOCACION DE VALVULA DE CERRADO RAPIDO TIPO WORCESTER, COLOCACION DE VALVULAS DE 3 VAS PARA POSICION DE BANCADA, COLOCACION DE MANGUERAS TRAMADAS DE ALTA PRESION, CAMBIO DE VALVULA PRINCIPAL, LIMPIEZA GENERAL Y CAMBIO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO |
| 307 | 8 | 88 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAIXCOYAN | MÁQUINA DE ANESTESIA | MINDRAY | WHATO EX | ER5200675 | HGTIA-0195 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE EGG DE SATURACION, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADJUNTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 308 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA | UNIDAD DE ULTRASONOGRAFIA | PHILIPS | CLEAR VUE 350 | U521580021 | HGTARI/89X000098 | CONSULTA EXTERNA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS, INSTALACION DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TECNICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TERMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPTACION DE LOS USUARIOS, REPARACION DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 309 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA | CUNA TERMICA | MEDIX | AMERICA | 775 04 | HGTARI/89X00001331 | NEONATOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACITE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COLCHON, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARRANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prop. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|------------------------------|---|---------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|---|
| 310 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TABIMUYA | INCUBADORA NEONATAL P/CUIDADOS INTENSIVOS | SAPS | ISOTERM | 1510-201 | HGTARI/890000138 | NEONATOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE CHIGERO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CARPALETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 311 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TABIMUYA | INCUBADORA DE TRASLADO | FANEM LTDA | IT-15875 | CF7095 | HGTARI/890000141 | NEONATOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CARPALETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 312 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TABIMUYA | MESA HIDRAULICA DE OPERACIONES | MAQUET | 111802B0ALPHACLA SSC | 291 | HGTARI/890000148 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECANICOS E HIDRAULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECANICO, AJUSTE Y CALIBRACION DE POSICIONES, AJUSTE DE PARAMETROS, LUBRICACION DE SUS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION, CAMBIO DE COCICHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRALES PARA AJUSTE DE PIERNAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRAULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 313 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TABIMUYA | MESA HIDRAULICA DE OPERACIONES | MAQUET | 111802B0ALPHACLA SSC | 309 | HGTARI/890000176 | TOCOCIRUGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECANICOS E HIDRAULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECANICO, AJUSTE Y CALIBRACION DE POSICIONES, AJUSTE DE PARAMETROS, LUBRICACION DE SUS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION, CAMBIO DE COCICHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRALES PARA AJUSTE DE PIERNAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRAULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 314 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TABIMUYA | MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD | GE HEALTHCARE | AVANCE CS2/CARSCAPE B650 | APKT00204 | HGTARI/890000181 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CARNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE KIT DE GANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACION, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE ORIGEN, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 315 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TABIMUYA | UNIDAD DE ULTRASONOGRAFIA | SAMSUNG | SONOACE X6 | SOMOM3HCC00030C | HGTARI/890000205 | TOCOCIRUGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACION O SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS, INSTALACION DE SOFTWARES SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TECNICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TECNICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPACITACION DE LOS USUARIOS, REPARACION DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|
| 316 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA | TOCOCARDIOGRATO | CONTEC | CM5800G1 | 18120100015 | HGTAR/890000222 | TOCOCRUGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TABLETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO. |
| 317 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA | TOCOCARDIOGRATO | CONTEC | CM5800G | 2099500003 | HGTAR/890000232 | TOCOCRUGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TABLETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO. |
| 318 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA | MESA DE OPERACIONES ELECTRICAS | ALIANZA | ET300C | S/S | HGTAR/890000236 | QUIRIFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE FISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACION DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, CALIBRACION DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION, CAMBIO DE COLOCHITAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HIBRALES PARA AJUSTE DE PIERNERS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 319 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA | CLIMA TIPO PAQUETE DE 20 TR | TRANE | TS4240F-3R040 | 125210411D | HTMA-0108 | Azotea (Laboratorio) | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: PRESURIZADO DE SISTEMA CON NITROGENO PARA CHEQUEO Y REPARACION DE FLUJO, SOLDADURA DE LA MISMA CON SOLDADURA DE PLATA, CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, MANTENIMIENTO DE FILTROS METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE |
| 320 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA | CLIMA TIPO PAQUETE DE 20TR. | Drummond | MRCT-200CVH1-00 | MRCTD241703001357 | HTMA-0114 | Azotea (Juperenas) | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: PRESURIZADO DE SISTEMA CON NITROGENO PARA CHEQUEO Y REPARACION DE FLUJO, SOLDADURA DE LA MISMA CON SOLDADURA DE PLATA, CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOS TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE |
| 321 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA | CLIMA TIPO PAQUETE DE 6 TR | TRANE | TH072ASR04000C | 250100128L | MA-0109 | Azotea (Neonatos) | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR PARA EQUIPO TIPO PAQUETE QUE INCLUYE DESMONTADO DE CONDENSADOR DAÑADO, PARA INSTALACION DE CONDENSADOR NUEVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR PARA EQUIPO TIPO PAQUETE MARCA TRANE QUE INCLUYE: DESMONTADO DE COMPRESOR DAÑADO EN EQUIPO PARA INSTALACION DE COMPRESOR NUEVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLES DE ALTA Y BAJA PRESION PARA EQUIPO TIPO PAQUETE QUE INCLUYE RETIRO DE CONTROLES DAÑADOS, PARA INSTALACION DE CONTROLES NUEVOS, SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR DE CONDENSADOR DE 1/2 HP 1075 RPM CON FLECHA DE MEDIA, INCLUYE: RETIRO DE MOTOR DAÑADO, INSTALACION DE MOTOR NUEVO, SUMINISTRO DE Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

X

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| 322 | 8 | 89 | HOSPITAL GENERAL DE TARIUMOVA | CLIMA TIPO PAQUETE DE 6 TR | TRANE | THC072A3R020BDC | 2501080051 | MA-0112 | Arotea (Pudairis) | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 323 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | AUTOCLAVE | GERINGE | VS 60 | 978063004 F | 1070000524 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MÓDULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ASLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALMES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBON EN CASO DE SER NECESARIO, REVISION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACION DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACION DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPORES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 324 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | UNIDAD DE ELECTROCRUJIA | WEM | HF-120 | 09083 | 1070000625 | TALLER BIOMEDICO | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DISTRIBUIDOR QUE INCLUYE: VERIFICACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISION, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SEÑAL DE AUDIO ALARMA (VISUAL Y AUDITIVAL), VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TELAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 325 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | CUNA CALOR RADIANTE | ARRORA | ATMOS CARE | IN28-1222 | 1070000835 | BIOMEDICA | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACIT, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COLCHON, MANTENIMIENTO A RODANAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 326 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | CUNA CALOR RADIANTE | ARRORA | ATMOS CARE | IN28-1223 | 1070000836 | BIOMEDICA | ELECTROMEDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACIT, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COLCHON, MANTENIMIENTO A RODANAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

X

X

Handwritten signature

Handwritten signature

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------|---|
| 327 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA | PIABRE | EP600 | EP61718010003 | 1070000841 | QUIROFANO 2 | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DESFIBRILADOR QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES A 5 V.C.C, REPARACIÓN DE TABLEROS ELECTRONICOS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMBOLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TACOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA (VISUAL Y AUDITIVA), VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TEGAS DE CONJUGAMIENTO DE TACOS DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PIELAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PIALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 328 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | INCUBADORA DE TRASLADO | FANEM | IT13815 | MAC066590 | 1070000870 | PEDIATRIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE RESERVA, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CARCETE, CAMBIO DE TABLEROS ELECTRONICOS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 329 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHOM KOHIDEN | BSM-6301K | 05882 | HGBR017-010263 | PRIMER PISO GINECOLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (EC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 330 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | LAMPARA DE CIRUGIA SENCILLA | PIABRE | Q195/20139 | 911001 | HGBR107-002178 | SALA DE EXPULSION 1 | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE ROTACIÓN, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACIÓN DEL BRAZO PORTA LAMPARA, REVISIÓN Y AJUSTE DE MANEJO; SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE FOCO PRIMARIO Y DE RESERVA HALOGENADOS; CAMBIO DE BASES DE CERÁMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE CRISTAL, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL, ELECTRONICO (ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ, ALARMA VISUAL), MANTENIMIENTO DE CABEZAL, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERMITIDA (UPS), REVISIÓN AJUSTE DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA, REEMPLAZO DE BATERIA, LUBRICACIÓN DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 331 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | LAMPARA DE CIRUGIA SENCILLA | PIABRE | Q195/20139 | 911002 | HGBR-107-002179 | SALA EXPULSION 2 | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE ROTACIÓN, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACIÓN DEL BRAZO PORTA LAMPARA; REVISIÓN Y AJUSTE DE MANEJO; SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE FOCO PRIMARIO Y DE RESERVA HALOGENADOS; CAMBIO DE BASES DE CERÁMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE CRISTAL, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL, ELECTRONICO (ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ, ALARMA VISUAL), MANTENIMIENTO DE CABEZAL, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERMITIDA (UPS), REVISIÓN AJUSTE DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA, REEMPLAZO DE BATERIA, LUBRICACIÓN DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten signature]

ANEXO TÉCNICO

LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|----------------------------------|---|------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| 332 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | INCUBADORAS DE CIUDADOS GENERALES | DRAGER | C2000 | 802563 | HGBR107-010272 | NEONATOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACETE, CAMBIO DE TABLETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MODULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 333 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | INCUBADORAS DE CIUDADOS GENERALES | DRAGER | C2000 | JUZ8515 | HGBR107-010273 | NEONATOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACETE, CAMBIO DE TABLETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MODULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 334 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | PLANTA DE EMERGENCIA | ISSA POWER | GS-1000 | 33752 | HGBR107-MT0007 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECÁNICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FETRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESION, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES, MECANICAS Y ELECTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASI COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACION DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE MATERIAS MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 335 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA HELADORA NO. 3 20 HP | WEG | 02018ET3EM25-6CTW | 1018335911 | HGBR107-MT0046 | PATIO TRASERO | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBORNADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACION DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, ENGRASADO DE BALEROS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 336 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | CHILLER 1 | TRANE | UJW0J47N641TY1TDN NN5TN | U13F06361 | HGBR107-MT0048 | PATIO CHILLERS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE REQUIERE SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R-134A POR FUGA EN LA LINEA DE SUCCION, LIMPIEZA INTERNA CON SISTEMA MECANICO A VAPORADOR Y LIMPIEZA QUIMICA-MECANICO A CONDENSADOR, CAMBIO DE ACEITE SINTETICO, SUSTITUCION DE VALVULAS DE SERVICIO, CAMBIO DE ORING A TUBERIA DE CONDENSADOR, PINTURA EN GENERAL CON PRIMARIO Y ESMALTE COMO ACABADO, SUMINISTRO DE ASLANTE ARMALEX DE 3" TOTAL DEL EQUIPO, VERIFICACION DE FUGAS, VERIFICACION DE PARAMETROS, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 337 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | UMA 02 5TR | TRANE | CSM06GUADD0 | K13D26592 | HGBR107-MT0066 | SALA DE EXPULSIVO | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE EMPRIMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 338 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | UMA 12.5 TR | TRANE | CSAA006UAD00 | K13D26666 | HGBR107-MT0072 | LABORATORIO | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHIMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 339 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | UMA 11.5 TR | TRANE | CSAA006UAD00 | K13D26544 | HGBR107-MT0073 | IMAGENOLOGIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHIMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 340 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | UMA 10.15 TR | TRANE | CSAA006UAD00 | K13D26656 | HGBR107-MT0076 | ATENCIÓN PRIMER NIVEL | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHIMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 341 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | UMA 15.15 TR | TRANE | CSAA075UAD00 | K13D34608 | HGBR107-MT0077 | HOSPITALIZACION | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHIMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 342 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHOM KOHDEN | BSM-630 IK | 05762 | HGBR107-NE0042 | NEOMATOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 343 | 8 | 107 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO | INCUBADORA DE TRASLADO | DRAGER | T1500 | CB08781 | HGBR107-TAR007 | UCIN | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y FUERA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTI-BACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CARPETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR, VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

X

X

O

S

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|--------------|------------------------|-----------|----------------|---|
| 344 | 9 | 17 | HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN | CUNA DE COLOR RADIANTE | THESA | TONALI | 7831615 | HGCCSA/17/000005 4 | HOSPITAL | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COCHON, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARRIALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 345 | 9 | 17 | HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN | CUNA DE COLOR RADIANTE | THESA | TONALI | 7831615 | HGCCSA/17/000005 4 | PEDIATRIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COCHON, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARRIALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 346 | 9 | 17 | HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN | UNIDAD DE ANESTESIA ALTA ESPECIALIDAD | DATEX-OHMEDA | CS2 | APT00025 | HGCCSA/17/000009 6 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACION, SUMINISTROS DE FILTROS Y FRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE ORIGEN, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRIFICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 347 | 9 | 34 | HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA | MONITOR DE PEDISTAL | BIOMET | FC 700 | FN0300096 | 1900050116009990 00 | HOSPITAL | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS ITC, SPO2, CO2, PARI PL, SENSOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR, SATURACION DE ORIGEN, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 348 | 9 | 34 | HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA | INCUBADORA CUIDADOS GENERALES | SAPS | ISOTERM | ISA1D-206 | HGTB-340016 | HOSPITAL | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MARCHAS, CAMBIO DE PIEDO ANTIBACTERIAL Y DE ANIL, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACETE, CAMBIO DE PANTALLAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MODULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--|
| 349 | 9 | 34 | HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA | LAMPARA DE EMERGENCIA | S/M | S/M | S/S/ | PENDIENTE | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE ROTACIÓN, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACIÓN DEL BRAZO PORTALAMPARA, REVISIÓN Y AJUSTE DE MANEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCOPRIMARIO Y REVERSA HALÓGENOS, CAMBIO DE BASES DE CERÁMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE CARBÓN, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL, ELECTRÓNICO, INCENDIO, APAGADO, AJUSTE Y DESAJUSTE DE INTERRUPTOR DE INTENSIDAD DE LUZ, AJUSTE VISUAL, MANTENIMIENTO DE CÁMERA, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPTIDA (UPS), REVISIÓN AJUSTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, REEMPLAZO DE BATERÍA, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 350 | 9 | 34 | HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA | ELECTROCARDIOGRAMA | S/M | S/M | S/S/ | PENDIENTE | HOSPITAL | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TABLITA TOUCH SCREEN PERO EN CASO DE CONTAR CON ELLO) AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLES ECG, IPOZ Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTTO GHAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 351 | 9 | 34 | HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA | EQUIPO DE RAYOS "X" | PHILIPS | DUO DIAGNOST | S/S | S/N | IMAGENOLOGIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE FUENTE CONMUTADA DE ALIMENTACIÓN DE 24V, 5VDC STANBY, REPARACIÓN DE PLACA ELECTRÓNICA DE MANDO DE DISPARO DE ALTO VOLTAJE, MANTENIMIENTO DE TUBO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CONTROL DE CARGA DE CAPACITORES, MANTENIMIENTO A PLACA ELECTRÓNICA DE FOCO GRUPO Y FRIO, MANTENIMIENTO AL CÁMERA PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE ANGULO Y CATODO, CALIBRACIÓN DE EQUIPO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 352 | 9 | 63 | HOSPITAL GENERAL DE SIA | AUTOCLAVE | EBP/TEHMEX | ECGR 200D/AZTECA | S/S | 13615 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y ASIANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA DRENAL, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 353 | 9 | 63 | HOSPITAL GENERAL DE SIA | UNIDAD DE ANESTESIA ALTA ESPECIALIDAD | DATEXOHMEDA | AVANCE CS2 | APKTD001PS | HGB3-0010 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TABLETS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TABLET ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE GÁSTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SOBADA, REVISIÓN DEL TUELE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE JUGOS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE ORIGEN, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO FACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|--|
| 354 | 9 | 64 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JOSÉ AZUETA | ESTERILIZADOR | BINDER | ED-115 | 08-48209 | HCAJZ/640000064 | CEVE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y ASISTENTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 355 | 9 | 64 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JOSÉ AZUETA | INCUBADORA | AIR-SHIELDS | ISOLETT C-2000 | UR19726 | HCAJZ/640000185 | HOSPITAL | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN Y TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE CAMBIOS DE FILTRO ANTI-BACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TAPETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 356 | 9 | 64 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JOSÉ AZUETA | MAQUINA DE ANESTESIA | OHWIDA | S/M | 1502-800000 | HCAJZ/640000186 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TAPETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TABLETA ELECTRÓNICA DE CANTIGRAFÍA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE VIT DE GASIFER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE TEG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODIA, REVISIÓN DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE GORRONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO FACENTIL, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRIFICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRZAJETES, ADULTO, PEDIATRICO, REONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICO Y REONATO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 357 | 9 | 64 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JOSÉ AZUETA | CUNA RADIANTE | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ARZK-0051 | HCAJZ/640000190 | HOSPITAL | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 358 | 9 | 64 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JOSÉ AZUETA | MANIFOLD | S/C | S/D | AMICO | M2HD-D-IH-U-00X | CUARTO DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO QUE INCLUYE: ACTUALIZACIÓN DE MANIFILO A NORMAS DE SALUD, ELABORACIÓN A SISTEMAS DE CONTROL DE FLUJO DE OXÍGENO, COLOCACIÓN DE VALVULA TIPO REGO PARA ALTO FLUJO, COLOCACIÓN DE VALVULA DE CERRADO RÁPIDO TIPO WORCESTER, COLOCACIÓN DE VALVULAS DE 3 VÍAS PARA POSICIÓN DE BANGADA, COLOCACIÓN DE MANGUERAS TRAMADAS DE ALTA PRESIÓN, CAMBIO DE VALVULA PRINCIPAL, LIMPIEZA GENERAL Y CAMBIO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO |

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplíc. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 359 | 9 | 64 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JOSÉ AZUETA | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO | S/C | S/D | 1C | TPI | CUARTO DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE : SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUIE MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUIDO CAMBIO DE BALERO, CAMBIO DE SELLO MECANICO, EMPLAZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BRINOS ASISTANTE, PRUEBAS DE MEGGERS, REVISION DE 40 AMPS REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PREDIESTRATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SHON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL, PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. |
| 360 | 9 | 66 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TLACOTALPAN | INCUBADORA DE TRASLADO | FANEM | IT5815 | S/S | HITLACC66-0002 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANOS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CARPETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRONICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DEL CONTROL DEL MODULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 361 | 9 | 66 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TLACOTALPAN | LAMPARA DE EMERGENCIA | DMEDIC | M-305 | S/S | HITLACC66-00032 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISION Y AJUSTE DE ROTACION, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACION DEL BRAZO PORTA LAMPARA; REVISION Y AJUSTE DE MANEJO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO PRIMARIO Y DE RESERVA HALOGENADOS; CAMBIO DE BASES DE CERAMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE CRISTAL, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL ELECTRONICO (ENCENDIDO, APAGADO, ALUMINO Y DIMINUCION DE INTENSIDAD DE LUZ, ALARMA VISUAL), MANTENIMIENTO DE CABEZAL, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (LUPS), REVISION AJUSTE DE ALIMENTACION ELECTRICA, REEMPLAZO DE BATERIA, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 362 | 9 | 66 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TLACOTALPAN | MAQUINA DE ANESTESIA | DATE-OHMEDA | AESPRE | S/S | HITLACC66-000 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS; CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CAGNOGRAFA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE KIT DE GANSTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE EGO DE SATURACION, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO FACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 363 | 9 | 66 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TLACOTALPAN | PLANTA DE EMERGENCIA | PLANELEC | 3000558075 | 46234272 | 16694 | EXTERIOR | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECÁNICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESION, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REPORTE DE CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASÍ COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REARPILE DE CONEXIONES ELECTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACION DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERIAS MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

18

X

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prop. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|--|
| 364 | 10 | 12 | HOSPITAL GENERAL DE OLIUTA ACAYUCAN | MAQUINA DE ANESTESIA | GENERAL ELECTRICA | AVANCE CS2 | APKT00185 | H.O.A-3512/14 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TABLETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TABLETA ELECTRONICA DE CONDIGNIDAD, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE GRANIPER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL MUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FLUGAS DE CONDENSADORES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRACQUETES ADULTO, PEDIATRICO, RECIENATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 365 | 10 | 31 | HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRES TUXTLA | RAYOS X PORTATIL | IMD GENERATORS | MHF203D | 1380793 | 2030 | RAYOS X | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE FUENTE CONJUNTA DE ALIMENTACIÓN DE 24V, SWCD STANBY, REPARACIÓN DE PLACA ELECTRONICA DE MANDO DE DISPARO DE ALTO VOLTAJE, MANTENIMIENTO DE TUBO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CONTROL DE CARGA DE CAPACITORES, MANTENIMIENTO A PLACA ELECTRONICA DE FOCO GROSSO Y FINO, MANTENIMIENTO A CABEZAL PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE ANODO Y CATODO, CALIBRACIÓN DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 366 | 10 | 31 | HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRES TUXTLA | RAYOS X FIJO | CARESTREAM | R22JA/DHHS | 1410433 | 2031 | RAYOS X | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE FUENTE CONJUNTA DE ALIMENTACIÓN DE 24V, SWCD STANBY, REPARACIÓN DE PLACA ELECTRONICA DE MANDO DE DISPARO DE ALTO VOLTAJE, MANTENIMIENTO DE TUBO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CONTROL DE CARGA DE CAPACITORES, MANTENIMIENTO A PLACA ELECTRONICA DE FOCO GROSSO Y FINO, MANTENIMIENTO A CABEZAL PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE ANODO Y CATODO, CALIBRACIÓN DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 367 | 10 | 31 | HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRES TUXTLA | COMPRESOR DE AIRE GIRADO MEDICO | POWEREX | MTD050432 | 4416156-496 | SG-200 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE MOTOR EN CASO DE SER NECESARIO, MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR REFRIGERATIVO DE AIRE GRADO MEDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUIJA, CAMBIO DE TAPONES Y/O RINGS PARA PERROS DE PISTON, LIMPIEZA DE PLATO CON VALVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESIÓN DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELECTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TABLETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO. |
| 368 | 10 | 71 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO | CARRIO ROJO CON DESFIBRILADOR | NHON KOHREN | CARDIO LIFE | 1443 | 11533 | URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES /-3 V.C.D, REPARACIÓN DE TABLETAS ELECTRONICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS ENROSSES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARAMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLE DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE FIBRA DE AISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS FECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE BATERIA DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETS Y CONECTORES, MANTENIMIENTO A MONITOR INCLUIDO EN EL CAMBIO Y TODAS SUS PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL DE MONITOR Y DESFIBRILADOR, ASI COMO RODILLAS EN CASO DE SER NECESARIO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 369 | 10 | 71 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CAATEMACO | CUNA DE CALOR RADIANTE | ATMOSKARE | EXPECTA | 177 D/S | 15091 | CUNEROS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACIT, CAMBIO DE FUSIBLES BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COLCHON, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARRANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 370 | 10 | 71 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CAATEMACO | TOCOCARDIOGRATO | BIQNET | FC 700 | S/S | HCCAT/71/0000052 | LABOR DE PARTO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TARJETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO. |
| 371 | 10 | 71 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CAATEMACO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | TEHSA | VITALUX | 559 | HCCAT/71/0000054 | CUNEROS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE TARJETA DE CONTROL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO. |
| 372 | 10 | 71 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CAATEMACO | LAMPARA DE CIRUGIA | DIMEDIC | M-3001 | S/S | HCCAT/71/0000047 | SALA DE EXPULSION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISION Y AJUSTE DE ROTACION, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACION DEL BRAZO PORTA LAMPARA; REVISION Y AJUSTE DE MANGO; SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO PRIMARIO Y DE RESERVA HALOGENADOS; CAMBIO DE BASES DE CERAMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE CRISTAL, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL, ELECTRONICO (ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DIMINUCION DE INTENSIDAD DE LUZ, ALARMA VISUAL), MANTENIMIENTO DE CAREZAL, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS), REVISION AJUSTE DE ALIMENTACION ELECTRICA, REEMPLAZO DE BATERIA, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 373 | 10 | 71 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CAATEMACO | CUNA DE CALOR RADIANTE | TEHSA | TONALJI 150 | S/S | HICAT/71/0000065 | CUNEROS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACIT, CAMBIO DE FUSIBLES BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COLCHON, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARRANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 374 | 10 | 71 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CAATEMACO | RAYOS X | TOSHIBA | E724X | 13E1045 | HICAT/71-000007 | RAYOS X | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION DE FUENTE COMUNITADA DE ALIMENTACION DE 24V, SWCD STANBY, REPARACION DE PLACA ELECTRONICA DE MANDO DE DISPARO DE ALTO VOLTAJE, MANTENIMIENTO DE TUBO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CONTROL DE CARGA DE CAPACITORES, MANTENIMIENTO A PLACA ELECTRONICA DE FOCO GRUESO Y FINO, MANTENIMIENTO A CAREZAL PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE ANODO Y CATEDO, CALIBRACION DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

(Handwritten signatures and marks)

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|---|
| 375 | 11 | 15 | HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS | AUTOCLAVE | STERIS | V-116 | 0320308-10 | 9285 | CEVE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN, MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y ASISTENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO Y SERVICIO DE SERVICIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE FUGA, REVISIÓN DE MANOMETEROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPORES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 376 | 11 | 15 | HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS | CHILLER # 1 DE 150 T.R. | TRANE | RTHUR1F-KHOV AB1A B1A2 | U11C00124 | 09459 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE REQUIERE SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R-134A POR FUGA EN LA LINEA DE SUCCIÓN, LIMPIEZA INTERNA CON SISTEMA MECÁNICO A EVAPORADOR Y LIMPIEZA QUÍMICA MECÁNICA A CONDENSADOR, CAMBIO DE ACEITE SINTÉTICO, SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, CAMBIO DE OROSCO A TUBERÍA DE CONDENSADOR, PINTURA EN GENERAL CON PRIMARIO Y ESMALTE COMO ACABADO, SUMINISTRO DE ASISTENTE ARMATELA DE 1" TOTAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE FUGAS, VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 377 | 11 | 15 | HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS | CHILLER # 2 | TRANE | RTHCBIF | U03107304 | 09594 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE REQUIERE SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R-134A POR FUGA EN LA LINEA DE SUCCIÓN, LIMPIEZA INTERNA CON SISTEMA MECÁNICO A EVAPORADOR Y LIMPIEZA QUÍMICA MECÁNICA A CONDENSADOR, CAMBIO DE ACEITE SINTÉTICO, SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, CAMBIO DE OROSCO A TUBERÍA DE CONDENSADOR, PINTURA EN GENERAL CON PRIMARIO Y ESMALTE COMO ACABADO, SUMINISTRO DE ASISTENTE ARMATELA DE 1" TOTAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE FUGAS, VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 378 | 11 | 22 | HOSPITAL GENERAL DE MINATITLÁN | COMPRESOR GRADO MÉDICO | AIR POWER | SODAE | V-595 | HGM-2083 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO VÍO CAMBIO DE MOTOR EN CASO DE SER NECESARIO, MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECCION REFRESMATIVO DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACION DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALORES DE AGUIJA, CAMBIO DE TAPONES Y RINGS PARA PERNOS DE PISTON, LIMPIEZA DE PLATON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESIÓN DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANDUJE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL P.C.C. REVISIÓN DE TABLEROS ELECTRÓNICOS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION GENERAL, REAJUSTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECCION PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO. |
| 379 | 11 | 57 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LUXAPANAPA | ULTRASONIDO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE X6 | SOM0W3HC000138 | 99873 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN O SUMINISTRO DE TECLADO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACIÓN O SUMINISTRO DE TARIETAS ELECTRÓNICAS, INSTALACIÓN DE SOFTWARE SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO A FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA TÉRMICA, SUMINISTRO DE GEL Y PAPEL TÉRMICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON AIRE COMPRIMIDO, CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS, REPARACIÓN DE MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 380 | 11 | 57 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LUXAPANAPA | LAMPARA DE EMERGENCIA | DIMEDIC | MLQE-3050 | 5/5 | HCU-2015-079 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE ROTACION, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACIÓN DEL BRAZO PORTAL LAMPARA, REVISIÓN Y AJUSTE DE MANGO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO PRIMARIO Y DE RESERVA HALOGENADOS, CAMBIO DE BASES DE CERÁMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE CENizas, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL, ELECTRÓNICO (ENERGÍA, APARADO, ALUMENADO Y DRENAJE) DE INSTALACIÓN DE LUZ ALABAMA (VISUAL), MANTENIMIENTO DE GEL, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERFERENCIA (RUI), REVISIÓN, AJUSTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, REEMPLAZO DE MATERIA, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|-----------------|--|
| 381 | 11 | 57 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE UXPANAPA | DESFIBRILADOR | CARDIOLIFE | NIHON KOHDEN | 1478 | HCU-2017-0005 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VÓLTARES 47- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, Trazos DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PAVEN DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONEXIONAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TARJETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 382 | 11 | 57 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE UXPANAPA | MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR | PLABRE | 13000 | 1301505740005 | HCU-2017-008 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNORHAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTRO DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUEJUE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE JUNTAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE ORIGEN, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PALENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL, PULSERAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 383 | 11 | 57 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE UXPANAPA | AUTOCLAVE | FEHIMEX | S/M | CM10790 | 0660200282-00150 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y AJUSTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REEMPLAZO DE MANOMÉTRICOS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNO Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 384 | 11 | 75 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN | AUTOCLAVE | S/M | S/M | S/S | 20501 | CEYE | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y AJUSTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REEMPLAZO DE MANOMÉTRICOS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNO Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 385 | 11 | 75 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN | CLIMA INTEGRAL PAQ 5 TR TRIFÁSICO | TRANE | THC060A3R0ADHD | 2031011451 | 21066 | BAVOS X | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOELECTRÓNICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSORTOS, METALIZOS, ALIMENTACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSORTO Y METALIZOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO, REVISIÓN DE FUSIBLE. |

(Handwritten signatures and marks)

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prop. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|---|---|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| 386 | 11 | 75 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN | CLIMA INTEGRAL PAQ 3 TR TRIFASICO | TRANE | TH036A3RADCO | 203101111 | 21193 | PEDIATRIA | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METALICOS, REVISION DE BANDAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMICO, REVISION DE FUSIBLE. |
| 387 | 11 | 75 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN | AIRE ACONDICIONADO PAQUETE TIPO CASSETTE 4 TR | YORK | YNYFY048BA1DB-1 | 332902512190300012 | 0004 | HOSPITALIZACION CAMA 6 A 10 | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 388 | 11 | 75 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN | MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR | HEYER | MODULAR | S-4500-01-0031MX | HCTONAL/7500001 21 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACION, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 389 | 11 | 75 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN | MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR | PLAIRE | *9501279200001 | 9501279200001 | HCTONAL/7500001 28 | QUIROFANO | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE VAPORIZADORES, REPARACION Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION, TARJETA ELECTRONICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACION Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACION, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMATICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VALVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRONICA, LUBRICACION, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACION DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIATRICO, NEONATO, ASI COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIATRICAS Y NEONATOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 390 | 11 | 95 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHORRAS | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | ATOM | V-808 | S/S | HECHOA/9500005 2 | NEONATOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SERVO DE TEMPERATURA, REPARACION Y/O CAMBIO DE CABLES DE CAMBIO DE TARJETAS ELECTRONICAS T1 Y T2 EN CASO NECESARIO, REPARACION Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

ANEXO TÉCNICO
LPN-103T00000-020-2023

| Nº Prog. | Unid. Afinc. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|--------------|---|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|---|
| 391 | 95 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS | MONITOR SIGNOS VITALES | GE MEDICAL SYSTEMS | DASH 4000 | 19051468 | HCCHOA-95000014 8 | ASILIADOS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PAM, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACION DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACION V/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIATRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO PEDIATRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 392 | 95 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS | LAMPARA DE EMERGENCIA | DIMEDIC | MILCOID-2050 | 5/5 | HCCHOA-950000160 | URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISION Y AJUSTE DE ROTACION, AJUSTE VERTICAL Y ARTICULACION DEL BRAZO PORTA LAMPARA, REVISION Y AJUSTE DE MANGO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO PRIMARIO Y DE RESERVA HALOGENADOS; CAMBIO DE BASES DE CERAMICA, LIMPIEZA DE FILTRO DE CRISTAL, MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL ELECTRONICO (ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCION DE INTENSIDAD DE LUZ, ALARMA VISUAL), MANTENIMIENTO DE CABEZAL, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS), RESPONN AJUSTE DE ALIMENTACION ELECTRICA, REEMPLAZO DE BATERIA, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 393 | 95 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS | ELECTROCAUTERIO | MEGADYNE | MEGA POWER | 5/5 | HOCHOA.00635 | URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DISTRIBUIDOR QUE INCLUYE: VERIFICACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISION, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE ENGRANES Y RODILLO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MODULOS, REVISION Y AJUSTE DE VOLTAJES -1-5 V.C.D, REPARACION DE TABLEROS ELECTRONICOS, REPARACION DE FUENTE DE PODER, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA (VISUAL Y AUDITIVA), VERIFICACION Y AJUSTE DE LAS TERCERAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISION Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISION, MANTENIMIENTO V/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 394 | 95 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS | CUNA CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | TEHSA | TOMALI 15D | 5/5 | HOCHOA 0634 | HOSPITALIZACION | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO V/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARAS DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COLCHON, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARRANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 395 | 95 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS | ASPIRADOR | EUROMEX | S/M | 5/5 | HOCHOA-950000156 | URGENCIAS | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REVISION DE MOTOR, CAMBIO DE MANGUERAS, FILTROS Y FRASCO DE SUCCION, CAMBIO DE BOMBA DE VACIO, MANOMETRO Y DIFERENCIAL, LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRONICOS, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, CALIBRACION DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA, SUMINISTRO DE ACCESORIOS BASICOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 396 | 95 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | ATOM | V 2100G | 1760017 | JSH-00004 | PEDIATRIA | ELECTROMÉDICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION V/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACION DE TEMPERATURAS, CALIBRACION Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACION DE CAPACETE, CAMBIO DE TABLEROS ELECTRONICOS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACION V/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACION DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO TÉCNICO LPN-103T00000-020-2023

| N° Prog. | J.S. | Unid. Aplic. | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | No. De Inventario | Ubicación | Tipo de Equipo | Descripción de la Falla |
|----------|------|--------------|--|---------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|
| 397 | 11 | 104 | CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | YORK | YD240C00A2AAA | N188144057 | AZOTEA | QUIROFANO/CEYE/TOCO Q. | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 398 | 11 | 104 | CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | YORK | VD120C00A2AAA | N168960312 | AZOTEA | HOSPITALIZACIÓN | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISION DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 399 | 11 | 104 | CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE | COMPRESOR DE AIRE DUPLIX | POWEREX | 005180T3E184T | 10090-2-5668 | HCA-2012009 | CASA DE MAQUINAS | ELECTROMECÁNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE MOTOR EN CASO DE SER NECESARIO, MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECCION REFRIGERATIVA DE AIRE GRADO MEDICO, CALIBRACION DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUA, CAMBIO DE CARBONES Y OBRINGS PARA PERROS DE PISTON, LIMPIEZA DE PUERTO CON VALVULAS DE SUCCION Y DESCARGA DE PRESION DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANDIJE, MANTENIMIENTO ELECTRICO, REVISION DEL PCC, REVISION DE TABLEROS ELECTRONICOS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECCION PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO. |