



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 289

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.618.1411
NOMBRE GENÉRICO	
MANGO PARA BISTURÍ, DEL NO. 4 CORTO.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	9

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	MANGO PARA BISTURÍ, DEL NO. 4 CORTO.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTRINOS SAMPAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 290

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.618.1437
NOMBRE GENÉRICO	
MARTILLO TAYLOR, PERCUSOR, MANGO MACIZO.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	5

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	MARTILLO TAYLOR, PERCUSOR, MANGO MACIZO.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTMF 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BAÑEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.0098
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	30

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 292

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.0320
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA ADSON, CON DIENTES MÚLTIPLES PARALELOS, LONGITUD 12 CM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	14

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA ADSON, CON DIENTES MÚLTIPLES PARALELOS, LONGITUD 12 CM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNiMo 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALBUENA SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.0577
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA DE DISECCION ESTÁNDAR,ESTRIADA CON DIENTES 1X2 LONGITUD 18 CM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA DE DISECCION ESTÁNDAR,ESTRIADA CON DIENTES 1X2 LONGITUD 18 CM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTMF 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESDOR SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA SANTIÁGUEZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 294

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.0817
NOMBRE GENÉRICO	
PINZAS HALSTED MOSQUITO CURVA. 10CM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	18

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZAS HALSTED MOSQUITO CURVA. 10CM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTMF 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA RUIZ ESTEBAN SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 295

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.0874
NOMBRE GENÉRICO	
PINZAS KELLY CURVAS. 14 CM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	20

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZAS KELLY CURVAS. 14 CM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SAN NAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA SUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 296

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.0924
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA MOSCO HALSTER RECTA	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	20

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA MOSCO HALSTER RECTA

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 297

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.1021
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA MIXTER O BABY MIXTER, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 135 A 140 MM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA MIXTER O BABY MIXTER, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 135 A 140 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALBUENA SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE INSTRUMENTOS DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 298

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.1203
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	58

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 299

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.1294
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	8

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALBUENA SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE MANTENIMIENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.1542
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	30

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), xS CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA CALLESTROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 301

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.1831
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA DE ANILLOS	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	10

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA DE ANILLOS

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 302

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.2318
NOMBRE GENÉRICO	
PINZAS KELLY RECTA	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZAS KELLY RECTA

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTRERO SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ FRETÉLIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 303

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.4314
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA PORTA AGUJA BARRAQUER, CURVO, SIN RETÉN.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA PORTA AGUJA BARRAQUER, CURVO, SIN RETÉN.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA RAMÍREZ ROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÁN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.4363
NOMBRE GENÉRICO	
PINZAS LAHEY SWEET 19 CM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	10

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZAS LAHEY SWEET 19 CM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BAILESTROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RENGLÓN 305

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.4389
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	10

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM.
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.</p> <p>2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.</p> <p>3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.</p> <p>4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.</p> <p>5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.</p> <p>6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001</p> <p>7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.</p> <p>8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p> <p>9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.</p>	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 306

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.4603
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALIESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 307

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.4611
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTADAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.4637
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA MIXTER, CON ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD 25 CM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA MIXTER, CON ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD 25 CM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.701.4843
NOMBRE GENÉRICO	
DISECCIONES ADSON S/D. 12 CM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	DISECCIONES ADSON S/D. 12 CM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTRINOS SANCHEZ
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 310

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.716.1735
NOMBRE GENÉRICO	
PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 140-150 MM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	20

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 140-150 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BAL ESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÁN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RENLÓN 311

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.716.2006
NOMBRE GENÉRICO	
PORTA AGUJAS MAYO HEGAR, RECTO CON RANURA CENTRAL Y ESTRÍAS CRUZADAS LONGITUD DE 30 CM	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	15

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR, RECTO CON RANURA CENTRAL Y ESTRÍAS CRUZADAS LONGITUD DE 30 CM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTMF 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BAILLON SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RENGLÓN 312

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.814.6032
NOMBRE GENÉRICO	
JUEGO DE SEPARADORES DE AVERS CON MANGO, HOJAS DE 18 A 75 MM, DE ANC LONGITUD.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	JUEGO DE SEPARADORES DE AVERS CON MANGO, HOJAS DE 18 A 75 MM, DE ANC LONGITUD.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BAILEY YENOS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 313

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.814.6412
NOMBRE GENÉRICO	
SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 20 A 28 MM. X 20 A 25 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 20 A 28 MM. X 20 A 25 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUERRERO POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 314

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.814.6438
NOMBRE GENÉRICO	
SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 62 A 64 MM, LONGITUD DE 295 A 320 MM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 62 A 64 MM, LONGITUD DE 295 A 320 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALDESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 315

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.814.6453
NOMBRE GENÉRICO	
SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 38 A 44 MM. X 30 A 38 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 38 A 44 MM. X 30 A 38 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALBUENA ROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 316

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.814.6826
NOMBRE GENÉRICO	
SEPARADOR WEITLANER.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	SEPARADOR WEITLANER.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BARRILERO SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RENGLÓN 317

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.0114
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERAS METZEMBAU RECTA PUNTA ROMA LONGITUD 23 CM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	25

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERAS METZEMBAU RECTA PUNTA ROMA LONGITUD 23 CM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA ABAD CORDERO SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 318

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.0288
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA METZENBAUM, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	7

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA METZENBAUM, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA PALMISTO SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 319

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.0494
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA MAYO RECTA	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	27

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA MAYO RECTA

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001.
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANCHEZ
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 320

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.0619
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA METZEMBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 28 CM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	20

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 28 CM.
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.</p> <p>2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.</p> <p>3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.</p> <p>4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.</p> <p>5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.</p> <p>6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001</p> <p>7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.</p> <p>8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p> <p>9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.</p>	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALASAROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RENGLÓN 321

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.0718
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON BOTÓN DE PROTECCIÓN, LONGITUD DE 180 MM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON BOTÓN DE PROTECCIÓN, LONGITUD DE 180 MM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RENLÓN 322

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.0973
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA METZEMBAUM, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 23 CM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA METZEMBAUM, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 23 CM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.- Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALCEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.0999
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA METZEMBAUM, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 28 CM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA METZEMBAUM, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 28 CM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1.421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de Instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.1070
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA METZENBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	7

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA METZENBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA HALLSTEDT SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 325

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.1179
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA PARA SUTURA, ANGULADA, DE BOTÓN, LONGITUD 11.8 CM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	5

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA PARA SUTURA, ANGULADA, DE BOTÓN, LONGITUD 11.8 CM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTRINOS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PREYELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 326

2023 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.1690
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERAS MAYO NOBLE CURVA HOJA ANGULADA 16 CM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	10

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERAS MAYO NOBLE CURVA HOJA ANGULADA 16 CM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA ROSALBA GARCÍA SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 327

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.2672
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA RAMÍREZ SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 328

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.4777
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERAS METZEMBAU O NELSON METZEMBAU RECTA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD 300 A 305 MM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERAS METZEMBAU O NELSON METZEMBAU RECTA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD 300 A 305 MM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA GARCÍA ESPEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 329

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.4793
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERAS METZEMBAU O NELSON METZEMBAU CURVA LONGITUD 300 MM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	30

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERAS METZEMBAU O NELSON METZEMBAU CURVA LONGITUD 300 MM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BAILESTROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE ASESORAMIENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 330

2023 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.4843
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 225 A 230 MM. QUIRÚRGICAS. CORTAR Y DISECAR EN DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 225 A 230 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	20

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 225 A 230 MM. QUIRÚRGICAS. CORTAR Y DISECAR EN DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 225 A 230 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALIESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 331

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.4850
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 225 A 230 MM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	20

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 225 A 230 MM.
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.</p> <p>2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.</p> <p>3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.</p> <p>4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.</p> <p>5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.</p> <p>6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001</p> <p>7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.</p> <p>8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p> <p>9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.</p>	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BAULES ROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 332

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.4868
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA MAYO-STILLE, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	20

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA MAYO-STILLE, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.</p> <p>2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.</p> <p>3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.</p> <p>4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de Instrumentos quirúrgicos.</p> <p>5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.</p> <p>6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001</p> <p>7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.</p> <p>8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p> <p>9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.</p>	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA VALESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 333

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.859.4884
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA MAYO-STILLE, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	32

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA MAYO-STILLE, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALBUENA SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 334

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.907.0413
NOMBRE GENÉRICO	
TROCAR OCHSNER CON CAPUCHA PROTECTORA 14 FR DE CALIBRE, LONGITUD 15 CM	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TROCAR OCHSNER CON CAPUCHA PROTECTORA 14 FR DE CALIBRE, LONGITUD 15 CM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA GARCÍA SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETENDI
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 335

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.907.0835
NOMBRE GENÉRICO	
TROCAR DE OCHSNER CON CAPUCHA PROTECTORA CALIBRE 16 FRECH LONGITUD DE 140 A 152 MM	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TROCAR DE OCHSNER CON CAPUCHA PROTECTORA CALIBRE 16 FRECH LONGITUD DE 140 A 152 MM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Niquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALDEZ ROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELLI
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 336

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.041.0051
NOMBRE GENÉRICO	
AMNIOTOMO BEACHMAN, 26 CM DE LONGITUD.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	AMNIOTOMO BEACHMAN, 26 CM DE LONGITUD.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA GARCÍA SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 337

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.057.0151
NOMBRE GENÉRICO	
ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, CON OBTURADOR, TAMAÑO MEDIANO.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, CON OBTURADOR, TAMAÑO MEDIANO.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALDESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 338

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.105.0245
NOMBRE GENÉRICO	
BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO.3	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	18

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO.3

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESEROS SANCHEZ
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 339

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.147.0017
NOMBRE GENÉRICO	
BUDINERA BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 25 X 16 CM Y 700 ML	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	26

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	BUDINERA BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 25 X 16 CM Y 700 ML

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA JUSTINA BALDISSEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 340

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.147.0021
NOMBRE GENÉRICO	
BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE DE MEDIA BOLA CAPACIDAD DE 250 ML	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE DE MEDIA BOLA CAPACIDAD DE 250 ML
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.</p> <p>2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.</p> <p>3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.</p> <p>4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.</p> <p>5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.</p> <p>6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001</p> <p>7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.</p> <p>8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p> <p>9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.</p>	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALVIEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 341

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.199.0051
NOMBRE GENÉRICO	
CÁNULAS DE ASPIRACIÓN ROSEN, JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.70, 0.90 Y 1.20 MM. DE DIÁMETRO.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	CÁNULAS DE ASPIRACIÓN ROSEN, JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.70, 0.90 Y 1.20 MM. DE DIÁMETRO.
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.</p> <p>2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.</p> <p>3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.</p> <p>4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.</p> <p>5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.</p> <p>6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001</p> <p>7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.</p> <p>8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p> <p>9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.</p>	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALMESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 342

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.199.0119
NOMBRE GENÉRICO	
CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, ANGULADO A 45° DE 2.6 MM DE DIÁMETRO.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, ANGULADO A 45° DE 2.6 MM DE DIÁMETRO.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALDERREROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRÉTELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave

RENLÓN
343

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.199.0127
NOMBRE GENÉRICO	
CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, PUNTA EN ÁNGULO DE 90 GRADOS, DE 2.0 MM DE DIÁMETRO DE PUNTA.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, PUNTA EN ÁNGULO DE 90 GRADOS, DE 2.0 MM DE DIÁMETRO DE PUNTA.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALBUENA SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.199.0226
NOMBRE GENÉRICO	
PICA O AGUJA BÁRBARA, RECTA, PUNTA AGUDA.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PICA O AGUJA BÁRBARA, RECTA, PUNTA AGUDA.
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio. 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298. 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico. 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos. 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899. 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra. 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO. 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos. 	

ELABORÓ

M.E ALMA CARRERA BALLESEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.199.0259
NOMBRE GENÉRICO	
PICA O GANCHO, ANGULADO A 45 GRADOS, JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.6 MM, 1.0 MM, Y 1.3 MM DE DIÁMETRO.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PICA O GANCHO, ANGULADO A 45 GRADOS, JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.6 MM, 1.0 MM, Y 1.3 MM DE DIÁMETRO.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTMF 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BAILEZ TEJOS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 346

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-21

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.199.0267
NOMBRE GENÉRICO	
PICAS O GANCHOS, ANGULADOS A 90 GRADOS, JUEGO DE CUATRO PIEZAS DE 0.3, 0.6, 0.8, Y 1.0 MM DE DIÁMETRO.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PICAS O GANCHOS, ANGULADOS A 90 GRADOS, JUEGO DE CUATRO PIEZAS DE 0.3, 0.6, 0.8, Y 1.0 MM DE DIÁMETRO.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA LESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 347

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.375.0032
NOMBRE GENÉRICO	
ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, CON OBTURADOR, TAMAÑO GRANDE	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, CON OBTURADOR, TAMAÑO GRANDE

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALBUENA ESPEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 348

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.602.0425
NOMBRE GENÉRICO	
MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 CM DE LONGITUD	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 CM DE LONGITUD
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.</p> <p>2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.</p> <p>3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.</p> <p>4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.</p> <p>5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.</p> <p>6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001</p> <p>7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.</p> <p>8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p> <p>9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.</p>	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESAS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA BUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 349

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.680.0016
NOMBRE GENÉRICO	
PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 255 A 275 X 115 MM Y CAPACIDAD DE 4 A 4.5 LITROS DE BASE ANCHA	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE DE 255 A 275 X 115 MM Y CAPACIDAD DE 4 A 4.5 LITROS DE BASE ANCHA
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.</p> <p>2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.</p> <p>3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.</p> <p>4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.</p> <p>5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.</p> <p>6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001</p> <p>7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.</p> <p>8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p> <p>9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.</p>	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESA SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.0812
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA HARTMAN, TIPO CAIMÁN, RECTA, LONGITUD 14 CM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA HARTMAN, TIPO CAIMÁN, RECTA, LONGITUD 14 CM.
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.</p> <p>2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50crmov 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.</p> <p>3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.</p> <p>4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.</p> <p>5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM 899.</p> <p>6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001</p> <p>7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.</p> <p>8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p> <p>9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.</p>	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALBUENA ROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLÓN 351

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.0952
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	7

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROSANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.2388
NOMBRE GENÉRICO	
DISECCIÓN DEBAKEY RECTA. 16 CM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	10

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	DISECCIÓN DEBAKEY RECTA. 16 CM.
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio. 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298. 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico. 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos. 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899. 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra. 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO. 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos. 	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BAILLON SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 353

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.2883
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA DE BIOPSIA, COPA OVAL, CON DIENTES 3 X 4.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA DE BIOPSIA, COPA OVAL, CON DIENTES 3 X 4.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALBUENA SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELLI
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 354

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.4178
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA PÉREZ SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 355

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.4186
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESERAS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 356

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.4541
NOMBRE GENÉRICO	
PINZAS CLAMPS VASCULARES BULLDOG CURVA,115MM.A 120MM DE LONGITUD	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZAS CLAMPS VASCULARES BULLDOG CURVA,115MM.A 120MM DE LONGITUD
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.</p> <p>2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.</p> <p>3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.</p> <p>4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.</p> <p>5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.</p> <p>6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001</p> <p>7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.</p> <p>8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p> <p>9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.</p>	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.4814
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 220 A 225 MM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 220 A 225 MM
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio. 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298. 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico. 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos. 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899. 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra. 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO. 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos. 	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA VALENTÍN SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETEL
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.4897
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 245 MM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
No.	Descripción
1	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 245 MM.
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.</p> <p>2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.</p> <p>3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.</p> <p>4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.</p> <p>5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.</p> <p>6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001</p> <p>7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.</p> <p>8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p> <p>9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.</p>	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BUSTOS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 359

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.5043
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	20

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BAILESTERO SOTO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 360

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.5050
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	20

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLEZ ROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.5258
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA THOMAS GAYLOR, LONGITUD DE 240 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA THOMAS GAYLOR, LONGITUD DE 240 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BAILEZ ROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.5977
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA ALLIS, LONGITUD DE 200 A 220 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	18

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA ALLIS, LONGITUD DE 200 A 220 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALBUENA SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETSLIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 363

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.702.6850
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 205 A 210 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	8

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 205 A 210 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTAS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUERREROS POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RENGLÓN 364

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.703.1140
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA MAGILL, RAMAS ANGULADAS, LONGITUD DE 190 A 205 MM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA MAGILL, RAMAS ANGULADAS, LONGITUD DE 190 A 205 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RENLÓN 365

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.703.2056
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA ADSON, EN BAYONETA, SIN DIENTES 18.5 CM DE LONGITUD	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	5

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA ADSON, EN BAYONETA, SIN DIENTES 18.5 CM DE LONGITUD

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RENGLÓN 366

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.703.8483
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	10

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 367

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.716.1228
NOMBRE GENÉRICO	
PORTA AGUJAS CRILLE WOOD RECTO 150 -160MM	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PORTA AGUJAS CRILLE WOOD RECTO 150 -160MM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 368

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.814.8927
NOMBRE GENÉRICO	
SEPARADOR HOHMANN DE PUNTA ROMA ANCHO DE HOJA TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA. SEPARAR, FIJAR PEQUEÑOS FRAGMENTOS EN OSTEOSÍNTESIS DE 22 A 24 MM. LONGITUD DE 220 A 270 MM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	10

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	SEPARADOR HOHMANN DE PUNTA ROMA ANCHO DE HOJA TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA. SEPARAR, FIJAR PEQUEÑOS FRAGMENTOS EN OSTEOSÍNTESIS DE 22 A 24 MM. LONGITUD DE 220 A 270 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNiMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.814.8992
NOMBRE GENÉRICO	
SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 55 A 62 MM., LONGITUD DE 240 MM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 55 A 62 MM., LONGITUD DE 240 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1,421), x5 CRNiMo 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA PALMERO SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.857.0807
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA METZEMBAUM, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 18 CM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	8

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA METZEMBAUM, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 18 CM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTMF 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BAILES ROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETECÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 371

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.857.1474
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA BELLUCI, RECTA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA BELLUCI, RECTA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALBUENA SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 372

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.857.1714
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA USA PARA CORDON UMBILICAL, LONGITUD 105 MM	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	15

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA USA PARA CORDON UMBILICAL, LONGITUD 105 MM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1,4116), CRMOV 15 (1,4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1,4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA PALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 373

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONGITUD DE 260 A 270 MM	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	5

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONGITUD DE 260 A 270 MM

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1.4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 374

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA DE DISECCION SIN DIENTES	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	11

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	PINZA DE DISECCION SIN DIENTES

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 375

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA HARRINGTON RECTA DE 20 CM.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	15

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	TIJERA HARRINGTON RECTA DE 20 CM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA POLIESTRÓS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PFEVLÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RENLÓN 376

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CAJA DE DOAYAN	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	5

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	CAJA DE DOAYAN

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA SUTÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 377

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
DESPERIOSTIZADOR.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	DESPERIOSTIZADOR.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del Instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de Instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA ALFONSO SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 378

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
DISECTOR PICO DE PATO.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	DISECTOR PICO DE PATO.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ RETELÁN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RENGLÓN 379

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
DISECTOR DE CONDUCTO.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	DISECTOR DE CONDUCTO.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALISTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 380

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
LEBRILLO METÁLICO CAPACIDAD DE 2000 ML	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	5

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	LEBRILLO METÁLICO CAPACIDAD DE 2000 ML
<p>GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.</p> <p>2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.</p> <p>3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.</p> <p>4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.</p> <p>5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM E 899.</p> <p>6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001</p> <p>7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.</p> <p>8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.</p> <p>9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.</p>	

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 381

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BUDINERA DE METAL 35 CMS.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21206	53201		PIEZA	10

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

No.	Descripción
1	BUDINERA DE METAL 35 CMS.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de Instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA GALLS VARGAS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	511.026.0337
NOMBRE GENÉRICO	
ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS DE 90 CMS	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	84

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	7 ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS, SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO DE 25.4 MM (1"), REFORZADOS CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, DEBEN LLEVAR PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILLOS DE 6.3 MM (1/4") DE DIÁMETRO, EN LOS FRENTE Y COSTADOS; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2	POSTES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14 EN FORMA DE L CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO.14 ATORNILLADA O DOBLADA O SOLDADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3	REFUERZOS DE CARTABÓN DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
4	TORNILLOS DE 6.3 MM. A 12.7 MM. (1/4" A 1/2") CON TUERCA, RONDANA DE PRESIÓN Y RONDANA PLANA; ACABADO GALVANIZADO.
5	DIMENSIONES: 91 X 45 X 220 CMS.
6	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
8	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
9	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ BASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	511.076.0351
NOMBRE GENÉRICO	
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	39

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 DIMENSIONES GENERALES DE 134 CENTÍMETROS DE ALTO X 45 CENTÍMETROS DE FRENTE X 71 CENTÍMETROS DE FONDO.
- 2 CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, BASE Y REFUERZOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, REGATONES INTEGRALES EN LA BASE, ACABADO EN PINTURA EPÓXICA COLOR ARENA.
- 3 CORREDERAS DE LÁMINA DE ACERO NO. 16, DE EXTENSIÓN TELESCÓPICA TOTAL, CON RODAJAS, ACABADO ZINCADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 4 TAPA, COSTADOS, RESPALDO, FONDO Y GAVETA CON JALADERA EMBUTIDA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22: ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 5 PORTA ETIQUETA DE ACERO CALIBRE NO. 22 EN CADA GAVETA PARA NOMENCLATURA DE ARCHIVO, ACABADO CROMADO.
- 6 CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD.
- 7 EL ACABADO GENERAL DEL ARCHIVERO ES EN PINTURA EPÓXICA, PREVIO TRATAMIENTO DE FOSFATIZADO, PARA EVITAR CORROSIÓN POR HUMEDAD.
- 8 **GARANTÍA:** 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 9 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- 10 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 11 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA VILLANUEVA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	511.076.0203
NOMBRE GENÉRICO	
ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	20

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA Y DOBLADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 2 COSTADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 3 DIVISORES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 4 ENTREPAÑO RANURADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA Y DOBLADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 5 LARGUERO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 16; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 6 POSTE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 16; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 7 TAPA DE LOS ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 8 **GARANTÍA:** 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 9 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- 10 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 11 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOTANDA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	519.104.0103
NOMBRE GENÉRICO	
BANCA TANDEM 4 LUGARES	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	39

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20
2	COLOR ALUMINIO Y PINTURA ANTIESTÁTICA
3	BRAZOS LATERALES CROMADOS
4	REGATONES AJUSTABLES A LA ALTURA
5	ESTRUCTURA DE ACERO
6	MEDIDAS ALTO 78 CENTÍMETROS, LARGO 236 CENTÍMETROS, PROFUNDIDAD 68 CENTÍMETROS.
7	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
9	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
10	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	513.108.0102
NOMBRE GENÉRICO	
BANCO GIRATORIO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	13

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 ASIENTO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, ACABADO CROMADO.
- 2 SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA CON HUSILLO.
- 3 DESCANSA PIES DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 (5/8") MÍNIMO DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.
- 4 PATAS DE 4 APOYOS, TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 16 (7/8") MÍNIMO DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO
- 5 REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, COLOR NEGRO
- 6 MEDIDAS DE 28 CM DE DIÁMETRO X 55 A 60 CM ALTURA
- 7 **GARANTÍA:** 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 8 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- 9 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 10 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HQJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	513.123.0244
NOMBRE GENÉRICO	
BANQUETA DE ALTURA	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	14

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM. ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO.
- 2 ESTRUCTURA TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 DE 25.4 X 25.4 MM. (1 " X 1 "); ACABADO CROMADO.
- 3 PLATAFORMA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 VISTA PERIMETRAL; ACABADO CROMADO, VISTA POSTERIOR Y REFUERZO; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS O ARENA.
- 4 REGATÓN FIJO COLOR NEGRO.
- 5 **GARANTÍA:** 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 6 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- 7 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 8 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA VOLANDA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	531.110.0175
NOMBRE GENÉRICO	
BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTADÍMETRO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PIEZA	8

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1. BÁSCULA CON DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA, LECTURA EN KILOGRAMOS. NIVEL DE RESOLUCIÓN. TARA MÍNIMA. ESTADÍMETRO. VARILLA DE MEDICIÓN, CON GRADUACIONES EN CENTÍMETROS Y PULGADAS. ESTADÍMETRO FORMADO POR SECCIONES DE ACERO O ALUMINIO GRADUADOS EN CM., HASTA UNA ALTURA MÍNIMA DE 1.92 CM.
2. ELIMINADOR/CARGADOR DE BATERÍAS. ADAPTADOR DE 120 V/60 HZ.
3. CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ. BATERÍA RECARGABLE.
4. ESTACIÓN ELECTRÓNICA DE PESAJE Y MEDICIÓN, CON CÁLCULO AUTOMÁTICO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (BMI).
5. LA ESTACIÓN ELECTRÓNICA DE PESAJE Y MEDICIÓN PERMITE DETERMINAR TANTO LA ESTATURA COMO EL PESO DE UN PACIENTE EN UNA SOLA OPERACIÓN.
6. UNA VEZ EFECTUADOS LA MEDICIÓN Y EL PESAJE, AMBOS VALORES APARECEN EN DOS INDICADORES LCD INTEGRADOS EN LA PANTALLA.
7. A PARTIR DE LOS VALORES REGISTRADOS, LA BÁSCULA CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (BMI) DEL PACIENTE CON SÓLO PULSAR UNA TECLA; EL BMI PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE NUTRICIÓN GENERAL DE UNA PERSONA SOBRE LA BASE DEL ESTÁNDAR HOMOLOGADO
8. ESTA ESTACIÓN DE PESAJE Y MEDICIÓN DE LA TALLA, CON UNA CAPACIDAD DE 250 KG, UNA BAJA PLATAFORMA Y UNA CONSTRUCCIÓN EXTRAORDINARIAMENTE SÓLIDA, TAMBIÉN ES ADECUADA PARA PERSONAS OBESAS.
 CARACTERÍSTICAS:
 • CAPACIDAD: 550 LBS / 250 KG
 • RANGO DE MEDICIÓN: 110 - 200 CM / 43 - 79"
 • DIVISIÓN: 50 G / 0.1 LBS
 • DIVISIÓN: 1 MM / 0.05"
 • PESO: 36.8 LBS / 16.7 KG
 • ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR
 • DIMENSIONES (AXXP): 360 X 2,150 X 690 MM / 14.2 X 84.6 X 27.2" / 13.2 X 3.1 X 13.6" DIMENSIONES/PLATAFORMA
 • LAS FUNCIONES: CONMUTACIÓN CM/INCH / CONMUTACIÓN KG/LBS / AUTO-BMI / AUTO-HOLD / RUEDAS DE TRANSPORTE / TARA
 • DIRECTIVA: MP/EMC TALLÍMETRO
 • RANGO DE MEDICIÓN: 110 - 200 CM
 • DIVISIÓN: 1 MM
10. **GARANTÍA:** 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
11. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA CADA 6 MESES POR PERSONAL CALIFICADO, DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA.
12. **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
13. **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	519.132.0059
NOMBRE GENÉRICO	
BOTE DE CAMPANA	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	31

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR CALIBRE NO. 18 DE 32X32 MM (1 1/4" X 1 1/4") DE SECCIÓN, ACABADO EN PINTURA ELECTRO-ESTÁTICA, COLOR ARENA.
- 2 BISAGRA DE TIPO PIANO DE 25.4 MM (1") (EN EXTENSIÓN) FIJADA CON REMACHES TIPO POP, O A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO.
- 3 TAPA TIPO CAMPANA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NO. 20 ACABADO PULIDO CON EJE INTERMEDIO DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 MM (1/4") DE DIÁMETRO.
- 4 DIMENSIONES GENERALES 40X26X68 CM
- 5 CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22 ACABADO EN PINTURA ELECTRO-ESTÁTICA CON PERFORACIONES EN LA BASE Y EN LA PARTE SUPERIOR SE COLOCARÁN TOPES DE HULE NATURAL MACIZO COLOCADOS A PRESIÓN PARA SOPORTAR EL GOLPE DEL MARCO Y LA TAPA.
- 6 ZOCLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 18, ACABADO PULIDO.
- 7 DEPÓSITO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE NO. 20 ENGARGOLADA Y PUNTEADA CON ASIDERAS DE GALVANIZADAS, SUJETAS CON SOLDADURA DE PUNTO, CON CANTOS PERIMETRALES EN FORMA DE APLASTON.
- 8 TOPE PARA SOPORTE DE LA TAPA ABATIDA FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA ELECTRO-ESTÁTICA CON TOPE DE HULE NATURAL MACIZO COLOCADO A PRESIÓN.
- 9 **GARANTÍA:** 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 10 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- 11 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 12 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONJA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BOTE DE CAMPANA GRANDE DE PLASTICO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	64

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 DE PLÁSTICO.
- 2 CON REFUERZOS PARA RECIBIR DEPOSITO.
- 3 TAPA TIPO CAMPANA.
- 4 65 LTS. DE CAPACIDAD.
- 5 CON BISAGRA TIPO PLANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE.
- 6 CON EJE DE ABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE VARILLA REDONDA DE ACERO.
- 7 **GARANTÍA:** 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 8 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- 9 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 10 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	513.138.0056
NOMBRE GENÉRICO	
BOTE SANITARIO CON TAPA DE PEDAL	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 DEPOSITO INTERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 ACABADO GALVANIZADO CON MÁXIMA PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR MECANISMO.
- 2 ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 3 MECANISMO, DE LÁMINA DE ACERO, ACABADO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA.
- 4 **PEDAL:**
- 5 DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 12.
- 6 ACABADO GALVANIZADO
- 7 CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR
- 8 **TAPA SUPERIOR:**
- 9 DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22.
- 10 ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE.
- 11 ZOCLO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18.
- 12 ACABADO CROMADO O EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 ACABADO PULIDO MATE.
- 13 **GARANTÍA:** 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 14 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- 15 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 16 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BOTIQUÍN DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 BOTIQUÍN DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS.
- 2 CAJA TIPO PESCADORA DE PLÁSTICO COLOR ROJO DE 16"
- 3 FABRICADA EN POLIPROPILENO, CON TAPA ORGANIZADORA.
- 4 CUENTA CON UNA AGARRADERA RESISTENTE PARA SU TRASLADO
- 5 CAJA, CHAROLA Y BROCHES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO
- 6 DIMENSIONES: 22 X 22 X 40 CM.
- 7 NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +- 3.0 CM
- 8 **GARANTÍA:** DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 9 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- 10 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 11 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	515.247.0059
NOMBRE GENÉRICO	
CARRO CAJONERO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 CARRO CAJONERO (4 CAJONES), DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20 MM CON JALADERAS INTEGRADAS, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 2 CORREDERAS DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE NO. 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE PLÁSTICO RÍGIDO, CON TOPE INTEGRADO.
- 3 CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 MM.
- 4 CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 MM ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 5 ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO DE 32 X32 (11/4 A 11/4) CALIBRE NO. 30, ACABADO CROMADO O PULIDO DE ACERO INOXIDABLE.
- 6 RODAJAS DE HULE NATURAL SINTÉTICO MACIZO DE 101.6 MM. (4 ") DE DIÁMETRO CON GUARDAPOLVO EN COLOR NEGRO.
- 7 **GARANTÍA:** 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 8 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- 9 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 10 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SOMAYOLBA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CINTA MÉTRICA AHULADA	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	13

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- FABRICADA EN TEFLÓN SINTÉTICO INDEFORMABLE, QUE PERMITE LA MEDICIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA (ANVERSO) Y LA SIMETRÍA DE LA CABEZA (ANVERSO), ASÍ COMO CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL Y FONDO UTERINO.
- FUNCIÓN DE RETRACCIÓN Y BLOQUEO DEL BOTÓN PULSADOR: PARA OBTENER LAS LECTURAS MÁS PRECISAS Y AJUSTADAS
- LA ESCALA DE CADA LADO QUE PERMITE MEDIR, SEA BIEN VISIBLE, PERMITE LEER EL RESULTADO FÁCILMENTE Y CON TODA PRECISIÓN.
- RANGO DE MEDICIÓN: DE 1 - 150 CM
- GARANTÍA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
- NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DR. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	531.234.0010
NOMBRE GENÉRICO	
COLLARÍN DE PLOMO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	COLLARÍN DE PLOMO PARA LA PROTECCIÓN DE LA TIROIDES DURANTE LA EXPOSICIÓN A EMANACIONES IONIZANTES.
2	CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE MATERIAL DE NYLON REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS.
3	CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0.5 MM DE PLOMO
4	CINTA DE VELCRO PARA SUJETARSE.
5	TAMAÑOS ADULTO: LONGITUD MÍNIMA DE 55 CM, ANCHO ESTÁNDAR.
6	GARANTÍA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
7	GARANTÍA DE: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
9	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
10	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA VOLANDER GARCÍA CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ÁREA SOLICITANTE: DEPTO. DE APÓYO TECNOLÓGICO A UNIDADES DE PRIMER NIVEL
FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA:
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501 BIENES INFORMÁTICOS		MARCA:
CANTIDAD: 15		MODELO:
CLAVE S.S.: 522.580.0100		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO: RENDIMIENTO FASSA 2023
		CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: Computadora de Escritorio Medio Rendimiento Windows.		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	Características Principales: <ul style="list-style-type: none"> Factor de forma: Small Form Factor. Procesador: Intel Core i7-10700 de 10ª generación, (8 núcleos/16 Mb de memoria caché / 2,9 Ghz a 4,8 Ghz / 65w) admite Windows 10/Linux. Sistema operativo: Windows 10 profesional 64 bits español. Memoria: 8 Gb DDR4-2666 ó superior Mhz. Almacenamiento Disco duro: 512 GB SSD PCIe® NVMe™ M.2. Ranuras DE Expansión: <ul style="list-style-type: none"> 1 half-height PCIe x16 Gen 3, 1 half-height PCIe x4 Gen, 1 M.2 2230 slot for Wi-Fi and Bluetooth card, 1 M.2 2230/2280 slots for SSD/Intel Optane, 1 M.2 2280 slot for PCIe SSD, 1 SATA slots for 3.5-inch HDD, 2.5-inch HDD/SSD, and slim Optical Drive. Interfaz de red: Ethernet RJ-45, integrada 10/100/1000 Gigabit Ethernet. Puertos Frente: <ul style="list-style-type: none"> Frente: 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 2.0 PowerShare, 1 USB 2.0, 1 Universal Audio Jack. Puertos Atrás: <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 USB 2.0 Power On, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 Audio Line-in/out, 1 DisplayPort 1.4, 1 PS/2, 1 VGA. 	15

Nota: La presente ficha técnica no supone el **Visto Bueno** al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ÁREA SOLICITANTE: DEPTO. DE APÓYO TECNOLÓGICO A UNIDADES DE PRIMER NIVEL
FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA:
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501 BIENES INFORMÁTICOS		MARCA:
CANTIDAD: 15		MODELO:
CLAVE S.S.: 522.580.0100		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO: RENDIMIENTO FASSA 2023
		CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: Computadora de Escritorio Medio Rendimiento Windows.		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> Monitor: LED 21.5", resolución máxima 1920 x 1080 a 60 hz, conectores VGA y DisplayPort 1.2, incluya cables para ambos conectores, monitor misma marca que el CPU. Tarjeta de video: gráficos integrados Intel. Teclado y Mouse de la misma marca que el CPU. Fuente de alimentación: PSU típica de 200w con un 85% de eficiencia (80 PLUS Bronze), cumple con la norma Energy Star, PFC activo. PSU típica de 200w con un 92% de eficiencia (80 PLUS Bronze), cumple con la norma Energy Star, PFC activo. Regulaciones: Energy Star, registro Epeat, certificado TCO, CEL WEEE. Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002. El equipo deberá de tener toda la información necesaria para la recuperación de sistema operativo, drivers y configuración de fábrica en una partición en el disco duro o a través de DVD o CD de recuperación. 3 años de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. El fabricante debe contar con un call Center para la recepción de llamadas, a través de un numero local ó un 01 800. El fabricante del equipo ofertado, debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. En dicha página se deberán consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados. 	
Elaboró:	Dra. Sonia Yolanda Sánchez Casas - Jefa del Depto. de Apoyo Tecnológico a Unidades de Primer Nivel.	
Revisó:	Jonathan Edén Hernández Landa - Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información.	
Autorizó:	Dra. Romana Gutiérrez Polo - Directora de Atención Médica.	

Nota: La presente ficha técnica no supone el **Visto Bueno** al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CONTENEDOR TRANSPORTADOR GRANDE DE BASURA MUNICIPAL	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	12

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 PARA DESPERDICIOS MUNICIPALES
- 2 CUERPO DE UNA SOLA PIEZA EXTREMADAMENTE DURADERO.
- 3 FABRICADO DE POLIETILENO RESISTENTE. DE ALTA DENSIDAD.
- 4 A PRUEBA DE FUGAS, NO SE OXIDA ABOLLA NI CORROE.
- 5 RUEDAS EMPOTRADAS.
- 6 PUNTOS DE ELEVACIÓN MOLDEADOS CON ACANALADO REFORZADO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA.
- 7 BARRA ELEVADORA PERMITE UNA ELEVACIÓN ERGONÓMICA DEL CONTENEDOR.
- 8 TAPA ABISAGRADA SOBRESALE DEL CONTENEDOR PARA EVITAR QUE EL AGUA INGRESE O QUE LOS OLORES SE FILTREN.
- 9 BASE DE SUJECCIÓN ANCHA PARA PROVEER UNA MAYOR ESTABILIDAD.
- 10 CAPACIDAD: 1,100 LITROS.
- 11 DIMENSIONES: LARGO 141, ANCHO 137 Y ALTO 133 CM.
- 12 NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES \pm 3.0 CM
- 13 ASAS DE AGARRÉ EN TODOS LOS LADOS DE LA CUBETA
- 14 COLOR GRIS O NEGRO
- 15 **GARANTÍA** DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 16 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- 17 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 18 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CONTENEDOR TRANSPORTADOR CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	17

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 PARA DESPERDICIOS MÉDICOS.
- 2 CUERPO DE UNA SOLA PIEZA EXTREMADAMENTE DURADERO.
- 3 FABRICADO DE POLIETILENO RESISTENTE. COLOR ROJO.
- 4 A PRUEBA DE FUGAS, NO SE OXIDA ABOLLA NI CORROE.
- 5 A PRUEBA DE FUGAS, NO SE OXIDA ABOLLA NI CORROE.
- 6 PUNTOS DE ELEVACIÓN MOLDEADOS CON ACANALADO REFORZADO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA.
- 7 BARRA ELEVADORA PERMITE UNA ELEVACIÓN ERGONÓMICA DEL CONTENEDOR.
- 8 TAPA ABISAGRADA SOBRESALE DEL CONTENEDOR PARA EVITAR QUE EL AGUA INGRESE O QUE LOS OLORES SE FILTREN.
- 9 BASE DE SUJECIÓN ANCHA PARA PROVEER UNA MAYOR ESTABILIDAD.
- 10 CAPACIDAD: 65 GALONES.
- 11 DIMENSIONES: LONGITUD 32 1/3", ANCHO 25" Y ALTO 41".
- 12 TAPA DE BLOQUEO CON LLAVE.
- 13 ASAS DE AGARRÉ EN TODOS LOS LADOS DE LA CUBETA
- 14 COLOR ROJO.
- 15 **GARANTÍA** DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 16 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- 17 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 18 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	519.315.0017
NOMBRE GENÉRICO	
ESCALERA TRES PELDAÑOS DE TIJERA	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	9

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	ESCALERA DE TIJERA PLEGABLE.
2	PLATAFORMA SUPERIOR DE ALUMINIO DE 13 X 32 CMS.
3	ESCALONES PLANOS ANTIDERRAPANTES DE UN SOLO LADO, DE 76.2 MM. DE HUELLA.
4	TRES ESCALONES
5	PIES DE SEGURIDAD ANTIDERRAPANTES.
6	LONGITUD TOTAL DE LA ESCALERA DE 1.22 M.
7	PESO APROXIMADO DE 3.67 KG.
8	GARANTÍA: 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
10	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
11	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA VOLKMEYER SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	511.339.0206
NOMBRE GENÉRICO	
ESCRITORIO CHICO CON PEDESTAL DERECHO DE 120 CM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 DIMENSIONES GENERALES 120 X 75 X 75 CMS.
- 2 CERRADURA GENERAL.
- 3 CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18; ACABADO SUPERIOR DE LAMINADO PLÁSTICO MATE DE 1.2 MM. COLOR TEKA MATE
- 4 CUERPO Y PEDESTAL DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA
- 5 EL PEDESTAL SE COMPONE DE DOS GAVETAS: UNA PAPELERA Y OTRA PARA ARCHIVO.
- 6 DESCANSAPIES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA
- 7 ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO, CALIBRE NO. 18; DE 25 X 25 MM. (1" X 1") ACABADO CROMADO.
- 8 GAVETAS DE LÁMINA DE ACERO, TAPA FRONTAL Y CUERPO CALIBRE NO 22, CON JALADERA INTEGRAL REMETIDA; ACABADO EN PINTURA DE COLOR ARENA
- 9 REGATÓN AJUSTABLE.
- 10 NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +- 1.0 CM
- 11 **GARANTÍA:** 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
- 12 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- 13 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 14 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	513.335.0102
NOMBRE GENÉRICO	
ESCRITORIO MÉDICO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	14

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	CAJONES DE LÁMINA DE ACERO: TAPA FRONTAL Y CUERPO, CALIBRE NO. 22, CON JALADERA INTEGRAL REMETIDA, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA
2	CUBIERTA LOS CONTRACHAPADO DE MADERA DE PRIMERA O AGLOMERADO O LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18; ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLR TEKA MATE
3	CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA
4	CERRADURA INDIVIDUAL PARA CADA CAJÓN.
5	DESCANSAPIES DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25 X 25 MM., ACABADO CROMADO
6	ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25 X 25 MM., ACABADO CROMADO
7	REGATÓN AJUSTABLE DE ALUMINIO
8	DIMENSIONES GENERALES: 105 X 50 X 75 CMS.
9	MANUAL DE SERVICIO.
10	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA.
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
12	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
13	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA VOLAMBA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	531.116.0369
NOMBRE GENÉRICO	
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PIEZA	18

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	DISPOSITIVO PORTÁTIL QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANÓMETRO ANEROIDE.
2	CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
3	CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 200 O MAYOR, PRECISIÓN PARA MEDIR DE ± 3 MMHG, CON MÍNIMA DIVISIÓN DE ESCALA DE 2MMHG.
4	SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYE:
5	BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO).
6	BOLSA DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LÁTEX INTEGRADA REUSABLE DE NYLON O FORRO DE TELA NO CONDUCTIVA (PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO).
7	PERILLA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, CONECTOR CÓNICO
8	TUBO O MANGUERA LIBRE DE LÁTEX CON UNA LONGITUD DE 50 CM COMO MÍNIMO
9	ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE
10	ACCESORIOS:
11	BRAZALETE NEONATAL
12	PERILLAS VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, BRAZALETES, TUBO DE MANGUERA
13	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA CADA 6 MESES POR PERSONAL CALIFICADO, DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA.
15	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
16	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL Y MANUAL DE SERVICIO.

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ESTADIMETRO PORTATIL PARA INFANTE (INFANTÓMETRO)	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	16

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	METÁLICO Y/O ACRÍLICO.
2	MEDICIÓN DE LONGITUD HASTA 100 CM O MAYOR.
3	INDICACIÓN EN CENTRÍMETROS.
4	RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 0.5 CM.
5	CURSOS DESLIZABLE PARA AJUSTE DE LA MEDICIÓN.
6	TOPE A 90° PARA CABEZA Y PIES GUARDA O ESTUCHE
7	GARANTÍA: 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
9	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
10	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL.

ELABORÓ

DRA. SONIA VOLUNDA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	513.360.0022
NOMBRE GENÉRICO	
ESTANTE GUARDA ESTÉRIL DE 90 CMS.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	13

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 BASE DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE Nº 18 DE 32 X 32 MM. (11/4" X 11/4").
- 2 CON MARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 32 X 32 MM. (11/4" X 11/4") X 3 MM. (1/8") DE ESPESOR.
- 3 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 4 CUERPO, LATERALES, RESPALDO Y ENTREPAÑOS CON REFUERZOS DESMONTABLES DE LA MINA DE ACERO CALIBRE Nº 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
- 5 PUERTAS DE PERFIL DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE Nº 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA
- 6 CON VIDRIO DE 8 MM. DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BANQUETA DESMONTABLE
- 7 CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN PUERTAS Y PASADORES
- 8 REGATÓN DE ALUMINIO DE 25 MM. (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE
- 9 DIMENSIONES: 90 CM ANCHO X 45 CM DE PROFUNDIDAD X 205 CM DE ALTO
- 10 GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
- 12 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 13 MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	531.385.0827
NOMBRE GENÉRICO	
ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO Y AUTOGENERADO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PIEZA	13

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	EQUIPO SEMIPORTÁTIL PARA ESTERILIZAR OBJETOS QUE RESISTEN ALTAS TEMPERATURAS, PRESIÓN Y HUMEDAD DE VAPOR E INSTRUMENTAL Y MATERIAL EN FORMA AUTOMÁTICA, POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO.
2	DE VAPOR AUTOGENERADO
3	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.
4	TIPO GABINETE DE SOBREMESA.
5	CON DEPÓSITO DE AGUA INTERCONSTRUIDO (COMO PARTE DEL EQUIPO)
6	SALIDA MANUAL DEL AGUA A DRENAJE.
7	CÁMARA Y PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 316L
8	CÁMARA HORIZONTAL
9	PUERTA DE APERTURA MANUAL.
10	CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DURANTE EL PERIODO DE ESTERILIZACIÓN.
11	MANDO DE CIERRE EN MATERIAL ANTICÁLORÍFICO O BAJA CONDUCCIÓN DE CALOR.
12	TEMPERATURAS DE CONTROL. PREVACÍO O REMOCIÓN DE AIRE POR MEDIOS MECÁNICOS.
13	SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CONDENSADOS.
14	SELECTOR DE PARÁMETROS DEL PROCESO Y PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN.
15	DESPLIEGUE DE LOS PARÁMETROS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN: TIEMPO, TEMPERATURA, PRESIÓN.
16	DESPLIEGUE DIGITAL DE LOS PROGRAMAS DE: LÍQUIDOS, TEXTILES Y MATERIAL DE HULE.
17	MANÓMETROS INDICADORES DE PRESIÓN DE LAS CÁMARAS INTERNA Y EXTERNA.
18	DEPÓSITO DE AGUA.
19	INDICADOR DE NIVEL DE AGUA EN EL DEPÓSITO.
20	CON GUÍAS PARA BANDEJA O CANASTILLA.
21	BANDEJAS.
22	CHAROLAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L, EN CANTIDAD Y DIMENSIÓN DE ACUERDO AL MODELO DEL EQUIPO
23	FUSIBLE DE PROTECCIÓN. PARRILLA. GRAFICADOR O IMPRESORA.
24	CAPACIDAD DE 20 LTS. +/- 3 LTS.
25	RANGO AJUSTABLE Y PROGRAMABLE DE TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN ENTRE 105 ° C Y 134 ° C O MAYOR.
26	CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	531.385.0827
NOMBRE GENÉRICO	
ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO Y AUTOGENERADO	

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 27 CONTROL PARA SELECCIONAR DIFERENTES CICLOS O PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN QUE INCLUYA EL SECADO Y CON POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR LOS CICLOS.
- 28 CONCLUSIÓN AUTOMÁTICA AL FINALIZAR EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN.
- 29 INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y DE FIN DE CICLO.
- 30 PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN PARA LOS CICLOS DE:
INSTRUMENTOS SUELTOS
- 31 SISTEMA DE SEGURIDAD: QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL CICLO O CUANDO EN LA CÁMARA EXISTA PRESIÓN
- 32 VÁLVULA DE SEGURIDAD POR EXCESO DE PRESIÓN.
- 33 INDICADOR DE FALLA DURANTE EL CICLO.
- 34 INDICADOR DE BAJA EN EL NIVEL DE AGUA
- 35 APAGADO DEL EQUIPO POR SOBRECALENTAMIENTO
- 36 CONSUMIBLES: A SUMINISTRARSE POR LA UNIDAD USUARIA: AGUA DESTILADA (PARA EL DEPOSITO DE AGUA), CONTROLES BIOLÓGICO Y QUÍMICO, BOLSA PARA ESTERILIZAR EN VAPOR. CINTA TESTIGO.
- 37 CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ +/- 10%
- 38 **GARANTÍA** DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
- 39 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA CADA 6 MESES POR PERSONAL CALIFICADO, DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA.
- 40 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 41 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** MANUAL DE OPERACIONES EN ESPAÑOL Y MANUAL DE SERVICIO

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	531.375.0126
NOMBRE GENÉRICO	
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PIEZA	20

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO
1.1	ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO
2	OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA O PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LAVABLES.
3	UN TUBO FLEXIBLE CON UN LARGO DE 50 CM COMO MÍNIMO.
4	CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO
4.1	CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO
4.2	CON VÁLVULA SELECTORA O SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA
5	CÁPSULA PARA MEMBRANA DEL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO.
5.1	MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA DE EN UN MATERIAL DE FIBRA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO
5.2	ANILLO DE GOMA, SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON ROSCA
6	CÁPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3,5 CM DE DIÁMETRO
6.1	CON ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO
	INCLUYA 1 KIT DE REFACCIONES
7	JUEGO DE OLIVAS FLEXIBLES.
8	JUEGO DE ARCOS.
9	JUEGO DE AURICULARES.
10	MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICO.
11	GARANTÍA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
14	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA RIVERA CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	531.295.1188
NOMBRE GENÉRICO	
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PIEZA	11

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS.
- 2 OTOSCOPIO CON FIBRA ÓPTICA CON ILUMINACIÓN CON LÁMPARA DE LUZ HALÓGENA O LUZ XENÓN DE 3.5 VOLTS.
- 3 SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS.
- 4 ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS.
- 5 OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN POR MEDIO DE LÁMPARA DE LUZ HALÓGENA DE 3.5 VOLTS.
- 6 CON AL MENOS CINCO APERTURAS Y LENTES DENTRO DEL RANGO DE -15 A MAYOR A +30 DIOPTRÍAS O MAYOR.
- 7 MANGO METÁLICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS TAMAÑO O TIPO "C".
- 8 CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ.
- 9 ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO CON SISTEMA MECÁNICO DE GIRO.
- 10 CON ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDA DE ACCESORIOS.
- 11 CON CAJA O ESTUCHE.
- 12 1 JUEGO DE ESPÉCULOS REUSABLES.
- 13 1 FOCO DE REFACCIÓN PARA OTOSCOPIO.
- 14 1 FOCO DE REFACCIÓN PARA OFTALMOSCOPIO.
- 15 **GARANTÍA:** 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
- 16 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- 17 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 18 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL.

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
EXTINTOR PARA FUEGO TIPO A B C	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	44

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 EXTINTOR PARA FUEGO TIPO A B C, CAPACIDAD DE 6 KILOS.
- 2 CILINDRO FABRICADO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE.
- 3 RECOMENDADO PARA COMBATIR FUEGO CLASE A (SÓLIDOS COMBUSTIBLES), CLASE B (LÍQUIDOS COMBUSTIBLES), CLASE C (FUEGOS ELECTRIFICADOS).
- 4 RECIPIENTE FABRICADO EN CHAPEADO DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE RESINA POLIÉSTER
- 5 CONJUNTO DE CABEZAL CON VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN Y MANÓMETRO
- 6 ACERO INOXIDABLE
- 7 **GARANTÍA:** 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
- 8 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA CADA 6 MESES POR PERSONAL CALIFICADO, DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA.
- 9 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 10 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL.

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	531.292.0019
NOMBRE GENÉRICO	
FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21927	53101	56	PIEZA	15

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	DETECCIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL POR EFECTO DOPPLER PULSADO O CONTINUO.
2	TRANSDUCTOR DE 2 MHZ O 3 MHZ PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA.
3	TRANSDUCTOR A PRUEBA DE AGUA
4	DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA LCD O ELECTROLUMINISCENTE DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO FETAL.
5	OPERACIÓN CON BATERÍAS RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERÍAS CON ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNA 120V/60HZ.
6	CON INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA.
7	CON APAGADO AUTOMÁTICO CUANDO NO ESTÁ EN USO PARA MAYOR DURACIÓN DE LA BATERÍA.
8	BOCINA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO.
9	CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE.
10	PROCESADO POR AUTOCORRELACIÓN
11	CONECTOR PARA AUDÍFONOS.
12	TIEMPO DE OPERACIÓN DE 4 HORAS MÍNIMO O CAPACIDAD MAYOR A 250 EXÁMENES USANDO BATERÍAS.
13	BOLSA PARA TRASNPORTE
14	CONSUMIBLES: GEL CONDUCTOR Y BATERÍAS RECARGABLES.
15	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA CADA 6 MESES POR PERSONAL CALIFICADO, DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA.
17	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
18	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL.

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ÁREA SOLICITANTE: DEPTO. DE APOYO TECNOLÓGICO A UNIDADES DE PRIMER NIVEL
FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA:
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501 BIENES INFORMATICOS		MARCA:
CANTIDAD: 16		MODELO:
CLAVE S.S.: 522.470.0228		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO: RENDIMIENTO FASSA 2023
NOMBRE GENÉRICO: Impresora Láser Monocromática.		CANTIDAD OFERTADA:
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>Características Principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de impresión láser monocromático. • Velocidad de impresión de 40 ppm. • Salida de la primera página (lista) en negro hasta 5,6 segundos. • Calidad de impresión en negro (óptima) hasta 4.800 x 600 dpi mejorada. • Tecnología de resolución, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200,600 dpi. • Ciclo de trabajo (mensual, A4), hasta 80,000 paginas. • Volumen de páginas mensual recomendado: 750 a 4000. • Velocidad del procesador: 1200 Mhz. • Monitor: Pantalla LCD de 2 líneas. • Capacidad ePrint. • Capacidad de impresión móvil: ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0, aplicaciones móviles. • Conectividad, estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB host, 1 para red Gigabit Ethernet 10/100/1000T. • Requisitos mínimos de sistema: Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows 8 bits (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits): Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red. Windows Vista (32 bits): Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVDROM o Internet, puerto USB o de red Windows XP (32 bits) SP2: Procesador Pentium de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red. Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior): Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVDROM o Internet, puerto USB o de red. Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1 o superior): Procesador (x64) de 1 GHz y 64 bits, 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, 	16

Nota: La presente ficha técnica no supone el **Visto Bueno** al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ÁREA SOLICITANTE: DEPTO. DE APOYO TECNOLÓGICO A UNIDADES DE PRIMER NIVEL
FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA:
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501 BIENES INFORMATICOS		MARCA:
CANTIDAD: 16		MODELO:
CLAVE S.S.: 522.470.0228		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO: RENDIMIENTO FASSA 2023
NOMBRE GENÉRICO: Impresora Láser Monocromática.		CANTIDAD OFERTADA:
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>CD/DVDROM o Internet, puerto USB o de red. SO X 10.8 Mountain Lion. SO X 10.9 Mavericks. SO X 10.10 Yosemite, Internet. USB. 1 GB de espacio disponible en el disco duro.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemas operativos compatibles: SO Windows compatibles con el controlador incluido: Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets). SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal: Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets). Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite. SO móviles (controladores incorporados en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT. SO Linux (HPLIP incorporado en el SO). Instalación automática: BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10). Instalación manual: MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6) Otros SO: UNIX. Memoria, estándar: 128 MB de DRAM. Memoria máxima: 128 MB de DRAM. 	

Nota: La presente ficha técnica no supone el **Visto Bueno** al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ÁREA SOLICITANTE: DEPTO. DE APOYO TECNOLÓGICO A UNIDADES DE PRIMER NIVEL
FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA:
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501 BIENES INFORMATICOS		MARCA:
CANTIDAD: 16		MODELO:
CLAVE S.S.: 522.470.0228		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO: RENDIMIENTO FASSA 2023
NOMBRE GENÉRICO: Impresora Láser Monocromática.		CANTIDAD OFERTADA:
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> Disco duro: Ninguno. Uso de papel: Entrada de manejo de papel, estándar, Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas., Bandeja 2 de entrada para 250 hojas. Uso de papel: Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja salida de 150 hojas. Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 150 hojas. Impresión a doble cara: Automática (estándar). Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio (8,5 x 13 pulg.), A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Tarjeta postal japonesa, Tarjeta postal de Japón doble rotada, Sobre n.º 10 Sobre Monarch, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tamaño personalizado, A5-R, 4 x 6 pulg., 5 x 8 pulg., B6 (JIS), 10 x 15 pulg., declaración., Bandeja 2 y Bandeja 3: Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio (8,5 x 13 pulg.), A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Tamaño personalizado, A5-R, 5 x 8 pulg., B6 (JIS), declaración. Tamaños de soportes, personalizado: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: de 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm. Tipos de soportes: Papel (común, EcoFFICIENT, liviano, pesado, bond, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; transparencias. Peso de material de impresión admitido: Bandeja 1: de 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, Bandeja 3 de 550 hojas opcional: de 60 a 120 g/m². Alimentación: Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002. Incluya CD-ROM con software, controladores y documentación. 	

Nota: La presente ficha técnica no supone el **Visto Bueno** al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ÁREA SOLICITANTE: DEPTO. DE APOYO TECNOLÓGICO A UNIDADES DE PRIMER NIVEL
FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		HOJA:
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:
PARTIDA: 51501 BIENES INFORMATICOS		MARCA:
CANTIDAD: 16		MODELO:
CLAVE S.S.: 522.470.0228		CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO: RENDIMIENTO FASSA 2023
NOMBRE GENÉRICO: Impresora Láser Monocromática.		CANTIDAD OFERTADA:
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> 1 año de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, para todos los componentes y accesorios. El fabricante debe contar con un Call Center para la recepción de llamadas, a través de un numero local ó un 01 800. El fabricante del equipo ofertado, debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. En dicha página se deberán consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados. 	
Elaboró:	Dra. Sonia Yolanda Sánchez Casas - Jefa del Depto. de Apoyo Tecnológico a Unidades de Primer Nivel.	
Revisó:	Jonathan Edén Hernández Landa - Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información.	
Autorizó:	Dra. Romana Gutiérrez Polo - Directora de Atención Médica.	

Nota: La presente ficha técnica no supone el **Visto Bueno** al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
KIT DE HIDRATACIÓN ORAL	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53201	56	PIEZA	15

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	CADA KIT DE HIDRATACIÓN ORAL DEBE ESTAR CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS EN CANTIDAD UNA PIEZA:
2	JARRA DE PLÁSTICO DE 1 LITRO DE CAPACIDAD, TRANSPARENTE, GRADUADA CADA 100 ML.
3	CUCHARA 30 CM. DE DIÁMETRO, CAPACIDAD DE 0.310 L. DE PLÁSTICO FLEXIBLE RESISTENTE AL CALOR.
4	CUCHARA SOPERA DE PLÁSTICO SIN REBORDES.
5	CUCHARA POSTRE DE PLÁSTICO SIN REBORDES.
6	TAZA MEDIDORA DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, GRADUADA CADA 50 ML.
7	GARANTÍA: 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
9	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
10	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	531.562.1457
NOMBRE GENÉRICO	
LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PIEZA	17

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	FUENTE DE LUZ HALÓGENA O LED BLANCO.
2	INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES COMO MÍNIMO O MAYOR
3	TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN COMO MÍNIMO O MAYOR
4	CABEZA DE ILUMINACIÓN COMPACTA
5	TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL
6	CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYE PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO
7	CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/ 60 HZ
8	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA CADA 6 MESES POR PERSONAL CALIFICADO, DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA.
10	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
11	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: MANUALES EN ESPAÑOL Y DE SERVICIO

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMER NIVEL)
CLAVE	513.621.2353
NOMBRE GENÉRICO	
MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	FABRICADO CUBIERTA, RESPALDO Y FREGADERO.
2	ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18.
3	CAJONES CON JALADERA INTEGRADA DE ACERO.
4	ESTRUCTURA DE PERFIL CUADRADO.
5	MEDIDAS 150 X 70 X 90 CM.
6	GARANTÍA: 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
8	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES. CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO INOXIDABLE: ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
9	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL.
10	INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA EN EL LUGAR DE DESTINO.

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	8

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	CUBIERTA DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 1A O AGLOMERADO DE MADERA O LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 A 20 CON REFUERZOS EN ACABADO LAMINADO PLÁSTICO COLOR TEKA MATE.
2	ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32X32 MM ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3	LÁMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN COLOR ARENA.
4	REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
5	TRAVESAÑO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 DE 32 X 32 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
6	DIMENSIONES: 90 X 45 X 90 CM.
7	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
9	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
10	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	513.621.1405
NOMBRE GENÉRICO	
MESA MAYO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	13

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	ARO PORTA-CHAROLA DE 2.54 (1") CALIBRE NO. 12
2	QUE INCLUYA CHAROLA CALIBRE NO. 20 DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO.
3	COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TABULAR REDONDO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 25.4 MM. (1") DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO.
4	COLUMNA FIJA DE TABULAR REDONDO DE 31.75 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO DE ACERO CALIBRE NO. 10 ACABADO CROMADO.
5	PALANCA OPRESORA DE ACERO DE 8 CM. DE LARGO ACABADO CROMADO.
6	PERFIL TABULAR CUADRADO DE 51 X 51 ML (" X ") CALIBRE 10, ACABADO CROMADO, LASTRADO CONTRA PESO DE PLOMO O ACERO.
7	RODAJAS TIPO BOLA DE HULE COLOR NEGRO DE 50.8 ML. (2") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.
8	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
10	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
11	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA GARCÍA CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MONTESUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)			
CLAVE		513.621.1603			
NOMBRE GENÉRICO					
MESA PASTEUR					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PZA	28

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
1	BARANDAL DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CIRCULAR CON 9.5 MM. (3/8 ") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA .
2	CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20.
3	ENTRE PAÑO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO 20; UNIDA A LA ESTRUCTURA.
4	ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO REDONDO DE ACERO, CALIBRE NO. 18 CON POSTES VERTICALES DE 25.4 MM. (1 ") DE DIÁMETRO, Y PERFIL TUBULAR REDONDO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 MM. (1/2 ") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO.
5	RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDA DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101. 1 MM. (4") ACABADO CROMADO.
6	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
8	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
9	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)			
CLAVE		513.621.2429			
		NOMBRE GENÉRICO			
MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PZA	9

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL MECÁNICA: EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE EN POSICIÓN DE DECÚBITO.
2	CONSTRUIDA CON LAMINA O LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, RECUBIERTA CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTÁTICA EN POLVO O ALQUIDALICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA.
3	DIMENSIONES:
4	ALTURA TOTAL ENTRE 80 CM Y 90 CM.
5	LONGITUD TOTAL DE LA SUPERFICIE ACOJINADA DE 185 CM COMO MÍNIMO +/- 2 CM.
6	ANCHO DE 68 CM COMO MÍNIMO.
7	CON TRES SECCIONES:
8	DORSO:
9	CON SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO CANDADO O NEUMÁTICA.
10	PARA ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 70 GRADOS COMO MÍNIMO.
11	CON SISTEMA PARA LA SUJECCIÓN DEL PAPEL.
12	PÉLVICA.
13	MIEMBROS INFERIORES.
14	DESIZABLE O CON SISTEMA DE ABATIMIENTO.
15	CON COLCHON DE HULE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 24 KG FIRME,, CON CUBIERTA DE VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, REUSABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL.
16	ESCALÓN INTEGRADO O BANCO DE APOYO CON REGATONES ANTIDERRAPANTES Y CON CUBIERTA DE HULE ANTIDERRAPANTE.
17	SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE CON TIERRA FÍSICA, CONTACTO Y CABLE.
18	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
20	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
21	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	513.634.0030
NOMBRE GENÉRICO	
NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PIEZA	9

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELÍCULA RADIOGRÁFICA.
- 2 BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1500 CD/M2 O 5000 LUXES PARA RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL.
- 3 ILUMINACIÓN CON VARIACIÓN DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA.
- 4 ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE.
- 5 FIJO.
- 6 CUENTA CON PALETAS ACRÍLICAS QUE FUNCIONAN COMO TOPES.
- 7 PANEL FRONTAL DE ACRÍLICO
- 8 BALASTA DE ENCENDIDO RÁPIDO.
- 9 ILUMINACIÓN CON TUBO FLUORESCENTE O CON LÁMPARA, CON DURACIÓN DE POR LO MENOS 3000 HORAS DEBERÁN SER DEL MISMO MODELO Y SU ELIMINACIÓN DEBE SER CONTINUA, SIN PARPADEOS.
- 10 UN CAMPO
- 11 SISTEMA PARA SUJETAR LAS PELÍCULAS
- 12 **GARANTÍA:** 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 13 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA CADA 6 MESES POR PERSONAL CALIFICADO, DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA.
- 14 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 15 **MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A

REVISÓ

DR. ALBERTO MONTESUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	533.786.0034
NOMBRE GENÉRICO	
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA DE VACUNAS
- 2 CAPACIDAD DE 10 PIES CÚBICOS A 12 PIES CÚBICOS SIN CONGELADOR.
- 3 ENFRIAMIENTO DE AIRE CIRCULANTE FORZADO.
- 4 CON PARO DE DIFUSOR POR APERTURA DE PUERTA.
- 5 DESHIELO AUTOMÁTICO POR MEDIO DE CIRCULACIÓN INVERSA DE GAS CALIENTE O RESISTENCIAS.
- 6 CHAROLA RECOLECTORA DE ESCURRIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISIS-304 Y/O PLASTICO COLOCADA DEBAJO DEL EVAPORADOR CON DESAGUE A LA CHAROLA DE RECEPCIÓN DE CONDENSADOS.
- TEMPERATURA:**
 - 7.1-CONTROL MICROPROCESADO DE TEMPERATURA CON DISPLAY DIGITAL DE AL MENOS 2 DÍGITOS CON UN DÍGITO PARA PUNTO DECIMAL CON BATERÍA RECARGABLE DE 36 HORAS.
 - 7.2-CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 °C COMO INTERVALO DE CONTROL.
 - 7.3-FUNCIIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA DE HASTA +42 GRADOS CENTÍGRADOS.
- ALARMAS:**
 - 8.1-AUDIBLES Y VISUALES QUE SE ACTIVEN (PROTEGIDAS CON BATERÍAS EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA CON BATERÍA RECARGABLE DE 35 HORAS).
 - 8.2-EN CASO DE FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.
 - 8.3-INDICADOR DE BATERÍA BAJA.
 - 8.4-POR APERTURA DE PUERTA DESPUÉS DE 1 MINUTO.
 - 8.5-PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS.
 - 8.6-FALLA DEL SENSOR.
- PUERTA:**
 - 9.1-UNA SOLA PUERTA SÓLIDA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISIS-304.
 - 9.2-EMPAQUE MAGNÉTICO CON SELLADO HERMÉTICO.
 - 9.3-MECANISMO DE AUTO CIERRE.
 - 9.4-CERRADURA QUE EVITE EL CONTACTO CON EL SELLO HERMÉTICO DE LA PUERTA, CON UNA LLAVE Y UN DUPLICADO.
 - 9.5-EN LA PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISIS-304 SIN MOLDURAS, ANAQUELES NI RETENES.
 - 9.6-CON ESPESOR MÍNIMO DE 4.5 CM.
 - 9.7-PANELES INTERNOS Y EXTERNOS:
 - 9.8-INERTE Y NO REACTIVO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON ESPESOR MÍNIMO DE 4.5 CM.
 - 9.9-AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA DE POLIURETANO RÍGIDA LIBRE DE CFC'S.
- PANELES INTERNOS Y EXTERNOS:**
 - 10.1-INERTE Y NO REACTIVO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON ESPESOR MÍNIMO DE 4.5 CM.
 - 10.2-AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA DE POLIURETANO RÍGIDA LIBRE DE CFC'S.
- COMPRESOR:**
 - 11.1-SELLADO HERMÉTICAMENTE.
 - 11.2-SILENCIOSO.
 - 11.3-CON CAPACIDAD DE 1/4 H. P. MÍNIMO.
 - 11.4-LIBRE DE MANTENIMIENTO.
 - 11.5-SISTEMA PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO.
 - 11.6-FUNCIIONAMIENTO CON GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO.



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	533.786.0034
NOMBRE GENÉRICO	
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

CONDENSADOR:	
12	12.1-DINÁMICO LIBRE DE MANTENIMIENTO.
	12.2-CON CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO.
GRAFICADOR DE TEMPERATURA:	
	13.1-RANGO DE TEMPERATURA DE -35°C A +15°C.
	13.2-DISCO CIRCULAR PARA GRAFICADOR DE 4 A 6 PULGADAS DE DIÁMETRO, PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DÍAS.
	13.3-PLUMILLA CON REPUESTO, PARA REGISTRAR TEMPERATURAS.
13	13.4-SENSOR TÉRMICO COLOCADO AL CENTRO DEL CUERPO DEL REFRIGERADOR.
	13.5-PRESIÓN DEL SENSOR DE +/- 1°C.
	13.6-CON FUNCIONAMIENTO DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y/O BATERÍAS.
	13.7-AJUSTABLE Y CALIBRABLE PARA OBTENER UN REGISTRO PRECISO DE TEMPERATURA.
	13.8-INCORPORADO EN EL CUERPO DEL REFRIGERADOR.
INTERIOR:	
14	14.1- 4 PARRILLAS AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304.
	14.2- 4 CHAROLAS O CANASTILLAS CON PERFORACIONES NO MAYORES A 1 CM. CON ESQUINAS REDONDEADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE PARA ESTIBAR VACUNAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304.
	14.3-ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ BLANCA FRÍA O FLUORESCENTE QUE SE PRENDA AL ABRIR LA PUERTA.
15	4 PATAS CON BASE AISLANTE NIVELADORES PARA SUPERFICIES IRREGULARES.
16	EL REFRIGERADOR DEBE PRESENTAR UN ACABADO AL INTERIOR Y EXTERIOR, SIN PARTES FILOSAS, REBABAS, SOBRANTES O FALTANTES DE MATERIAL EN EL GABINETE, EN LA PUERTA Y EN LAS PARRILLAS.
17	REGULADOR DE VOLTAJE PARA REFRIGERACIÓN CON UN RANGO, MÍNIMO 90 V A 140 V CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 750 V CON BLOQUEO Y DESBLOQUEO AUTOMÁTICO.
	17.1-CON RETARDADOR MÍNIMO DE 3 MINUTOS.
18	CAJA CON 100 HOJAS PARA REGISTRO
19	2 PLUMILLAS
20	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 127 V +/- 10% A 60 HZ.
21	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA CADA 6 MESES POR PERSONAL CALIFICADO, DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA.
23	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
24	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: MANUAL DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO EN ESPAÑOL

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A UNIDADES
DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER
NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
REFRIGERADOR MEDIANO MEDICAMENTOS PUERTA DE CRISTAL					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PZA	9

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
1	REFRIGERADOR DE 11 PIES CON PUERTA DE CRISTAL
2	REFRIGERADOR DE 11 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD.
3	BARRA DE TORSIÓN, SISTEMA DE AUTOCIERRE DE PUERTA.
4	COMPRESOR DE 1/4 HP, ACABADO EN BLANCO O ACERO INOXIDABLE
5	CON 3 PARRILLAS
6	LIBRE DE CFC.
7	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA CADA 6 MESES POR PERSONAL CALIFICADO, DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA.
9	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
10	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: MANUALES DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO EN ESPAÑOL

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ-CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
REGULADOR DE VOLTAJE					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51901	56	PZA	47

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
1	VOLTAJE DE ENTRADA: 100 A 140 V AC
2	8 CONTACTOS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15 P
3	VOLTAJE DE SALIDA: 120 V CA \pm 7 %
4	SUPRESOR DE PICOS 240 JOULES
5	TECNOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO SUMA Y RESTA DE TAPS.
6	POTENCIA DISPONIBLE: 1300 VA
7	CONSUMO MÁXIMO: 100 MA
8	DISTORSIÓN ARMÓNICA: MENOR AL 2 %.
9	DIMENSIONES: 11.5 CM X 12 CM X 9.5 CM \pm 5%
10	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
12	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
13	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA VOLARDEA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SET DE CURACIÓN PARA HOSPITALIZACIÓN	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53201	56	PIEZA	10

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	S/C	1	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML.
2	535.137.0035	1	MANGO DE BISTURÍ N° 3, CORTO.
3	535.701.0379	2	PINZA DISECCIÓN DE 12 CMS. SIN DIENTES
4	537.702.4749	1	PINZA DE KOCHER RECTA, CON DIENTES, LONG. 14 CMS.
5	535.701.0734	1	PINZA CRILLE CURVA 14 CMS.
6	535.859.4835	1	TIJERA DE MAYO RECTA 14.5 CMS.
7	513.790.0063	1	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML.
8	513.790.0055	1	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML.
9	537.857.2225	1	TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES DE YESO, ANGULADA, PUNTA DE BOTÓN, UNA HOJA DENTADA Y PROTECCIÓN EN LOS ANILLOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM.
10	S/C	1	TIJERAS DE USO RUDO
11	535.701.1203	1	PINZAS DE TRASLADO DE INSTRUMENTAL
12	513.138.0106	1	BOTE PARA GASAS
13	060.218.0085	1	CONTENEDOR DESECHABLE PARA PUNZOCORTANTES
14	535.701.0874	1	PINZA KELLY CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 14 CM.
15	535.701.0742	1	PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 15.5 A 16.0 CM.
		16	TOTAL DE PIEZAS
16	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.		
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A		
18	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES, CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO INOXIDABLE: ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899, CERTIFICADO DE ORIGEN DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA Y CERTIFICADO DE MATERIA PRIMA: ACERO INOXIDABLE O ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE CADMIO, DE TITANIO O DE NÍQUEL, NO DEBE INCLUIR CARBONO.		
19	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A		

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SET DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53201	56	PZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	537.025.0069	1	ALVEOLOTOMO MEDIANO, PINZA GUVIA, LONGITUD 17 CM.
2	537.065.0052	5	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO
3	537.151.0016	1	BOTAFRESA BORDEN, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD.
4	537.327.2805	1	ELEVADOR SELDIN, CON MANGO METÁLICO DE BANDERA, EXTREMO EN ÁNGULO RECTO, CON HOJA PEQUEÑA DERECHA.
5	535.260.2154	1	CUCHARILLA DE LUCAS DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD
6	537.105.0179	1	BISTURÍ GOLDMAN FOX. NO.7
7	537.251.0015	1	CURETA MC CALL, DERECHA E IZQUIERDA, JUEGO.
8	537.327.1534	1	ELEVADOR SELDIN DE BANDERA DERECHO MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO RECTO HOJA GRANDE
9	537.327.1609	1	ELEVADOR SELDIN DE BANDERA IZQUIERDO MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO RECTO HOJA GRANDE
10	537.327.0957	1	ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR TIPO CRYER WHITE DE BANDERA DERECHO CON MANGO METÁLICO EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA
11	537.327.1104	1	ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR TIPO CRYER WHITE DE BANDERA IZQUIERDO CON MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA
12	537.327.2664	1	ELEVADOR BEIN, CON MANGO METÁLICO, RECTO, ACANALADO, DE 4 MM., ANCHO DE HOJA.
13	537.327.0452	1	ELEVADOR BEIN, CON MANGO METÁLICO, RECTO, ACANALADO, DE 2 O 3 MM., ANCHO DE HOJA.
14	537.327.0551	1	ELEVADOR APICAL FLOHR, CON MANGO METÁLICO, CON BRAZO ANGULADO, EXTREMO FINO Y CORTO DERECHO.
15	537.327.0700	1	ELEVADOR APICAL FLOHR, CON MANGO METÁLICO, CON BRAZO ANGULADO, EXTREMO FINO Y CORTO IZQUIERDO.
16	537.370.0029	2	ESPÁTULA METÁLICA DEL NO. 3 DE DOBLE EXTREMO
17	537.327.2813	1	ELEVADOR SELDIN, CON MANGO METÁLICO DE BANDERA, EXTREMO EN ÁNGULO RECTO, CON HOJA PEQUEÑA IZQUIERDA
18	537.370.0128	1	ESPÁTULA PARA RESINA, CON DOBLE PUNTA DE TRABAJO CON TEFLON.
19	537.383.0081	10	ESPEJO DENTAL PLANO SIN AUMENTO NO. 5
20	537.397.0168	10	EXCAVADOR TIPO WHITE NO.17
21	535.409.0531	10	EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO NO.5
22	537.426.0023	1	FÓRCEPS. NO. 23.
23	537.426.0171	1	FORCEPS DENTAL. FORCEPS NO.17
24	537.426.0270	1	FORCEPS DENTAL. FORCEPS NO.53 IZQUIERDO
25	537.426.0460	1	FORCEPS DENTAL. FORCEPS NO.53 DERECHO
26	537.426.0155	1	FORCEPS DENTAL. FORCEPS NO.65
27	537.426.0411	1	FÓRCEPS NO. 69
28	537.426.0221	1	FORCEPS NO.101
29	537.426.0197	1	FORCEPS NO. 150
30	537.426.0189	1	FORCEPS DENTAL. FORCEPS NO. 151
31	537.426.0239	1	FORCEPS DENTAL. FORCEPS NO. 210 Y 222. JUEGO
32	537.547.0019	10	JERINGA CARPULE CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y MEDIO. EMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA EN EL EXTREMO OPUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO).
33	S/C	1	JUEGO DE GRAPAS
34	S/C	1	JUEGO DE PROFILAXIS (8 INSTRUMENTOS)
35	535.567.0059	1	LEGRA MEAD MANGO RECTO DOBLE EXTREMO



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	N/A
NOMBRE GENÉRICO	
SET DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
36	537.602.0409	10	MANGO PARA ESPEJO DENTAL METALICO MACIZO ROSCA SENCILLA
37	537.661.0597	1	OBTURADOR TIPO ESTIQUES DOBLE EXTREMO
38	537.703.9598	10	PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 150 A 155 MM (PINZA DE CURACIÓN)
39	537.703.7493	1	PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA AINSWORTH LONGITUD DE 160 A 165 MM
40	S/C	1	PIEDRA DE ARKANSAS PARA AFILAR INSTRUMENTAL DE 10X4X1 CM, BLANCA
41	537.702.0531	1	PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA BREWER PORTA GRAPAS PARA DIQUE DE HULE LONGITUD DE 170 A 175MM
42	537.720.0018	2	PORTA SERVILLETAS. MODELO MARTIN O ADAMS CON CADENA CON DOS GANCHOS
43	535.716.0190	1	PORTA AGUJA FINOCHIETO, LONGITUD 14.6 CM.
44	537.719.0052	1	PORTAMATRIZ PARA BANDAS DE CELULOIDE
45	537.860.0018	1	TIRAPUENTE MILLER CON TRES PUNTAS DIFERENTES
46	537.079.0015	1	ARCO YOUNG, PORTA DIQUE DE HULE.
47	537.147.0017	2	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 25 X 16 CM Y 700 ML.
48	537.251.0098	1	CURETAS CK-6, DE DOBLE EXTREMO
		109	TOTAL DE PIEZAS
49	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA		
50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A		
51	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES, CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO INOXIDABLE: ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899, CERTIFICADO DE ORIGEN DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA Y CERTIFICADO DE MATERIA PRIMA: ACERO INOXIDABLE O ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE CADMIO, DE TITANIO O DE NIQUEL, NO DEBE INCLUIR CARBONO.		
52	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL. MANUALES DE SERVICIO.		

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SANCHEZ CASAS
DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A UNIDADES
DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MONTESUMIA VAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SET DE RETIRO DE PUNTOS	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53201	56	PIEZA	16

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	S/C	1	TIJERA PARA PUNTOS SPENCER DE 11 CM.
2	353.701.1385	1	PINZA DISECCIÓN SIN DIENTES LONGITUD 14 CM.
		2	TOTAL PIEZAS
3	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.		
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A		
5	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES, CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO INOXIDABLE: ISO 783, ISO 4957, ISO 7153, DIN 1774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899, CERTIFICADO DE ORIGEN DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA Y CERTIFICADO DE MATERIA PRIMA: ACERO INOXIDABLE O ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE CADMIO, DE TITANIO O DE NÍQUEL, NO DEBE INCLUIR CARBONO.		
6	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A		

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	511.814.0127
NOMBRE GENÉRICO	
SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	44

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	ASIENTO Y RESPALDO CON BASTIDOR DE PINO DE PRIMERA DE 12.7 MM (1/2") ESPESOR Y BASE DE ACERO O MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA DE 12.7 MM (1/2") DE ESPESOR; ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 DE DENSIDAD: ACABADO EN VINILO TIPO PIEL ACORDONADO EN LAS COSTURAS Y ENGRAPADO, COLOR NEGRO.
2	ESTRUCTURA Y REFUERZO DE TUBULAR CUADRADO DE ACERO DE 19 MM (3/4"), CALIBRE NÚ. 18: ACABADO CROMADO
3	REGATÓN FIJO COLOR NEGRO.
4	TAPÓN COLOR NEGRO.
5	GARANTÍA: 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
7	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
8	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ FOLLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	511.814.0200
NOMBRE GENÉRICO	
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	36

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	DIMENSIONES: ALTURA DEL RESPALDO MÁXIMA 93 CM., MÍNIMA 74 CM., ALTURA DEL ASIENTO MÁXIMA 54 CM. MÍNIMA 41 CM., ANCHO 44 CM., FONDO DEL ASIENTO MÁXIMA 53 CM. MÍNIMA 51 CM.
2	ASIENTO INTERNO FABRICADO EN ACERO O MADERA DE ALTA RESISTENCIA, CON INSERTOS METÁLICOS, ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG. /M3 DE DENSIDAD. TAPIZADO EN TELA CON PROTECTOR DE MANCHAS Y RETARDANTE DE FUEGO, COLOR NEGRO.
3	BASE DE NYLON REFORZADO DE 5 PUNTAS, CAPAZ DE SOPORTAR UN PESO DE HASTA 890 KILOGRAMOS A LA FRACTURA.
4	ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS DE NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN EXPANSIÓN CON DURABILIDAD DE HASTA 50,000 CICLOS, BRAZO PARA SOPORTE DE RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CALIBRE 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLA DE AJUSTE CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN EN CALIBRE 10.
5	RODAJAS EMBALADAS TIPO YOYO DE 50.5 (2") DE DIÁMETRO.
6	GARANTÍA: 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
8	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
9	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	519.865.0078
NOMBRE GENÉRICO	
TABLERO DE CORCHO DE 150 X 90 CM.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	22

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- LAMINADO DE CORCHO QUE PERMITE LA FÁCIL INTRODUCCIÓN DE PINS O CHINCHETAS SIN DEJAR HUELLA.
- TABLERO DE FIBRA DE MADERA CON RECUBRIMIENTO EN LA CARA POSTERIOR QUE EVITA DAÑO POR LA HUMEDAD.
- MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO.
- REFUERZOS DE LÁMINA DE ACERO EN LA CARA POSTERIOR.
- MEDIDAS DE 150 X 90 CM.
- ARANDELAS EN LA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA SU INSTALACIÓN.
- BARRENOS ARMELLADOS PARA LA MEJOR FIJACIÓN.
- GARANTÍA: 12 MESES** A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A**
- NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A**

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
TERMÓMETRO DE VÁSTAGO CON SENSOR DE 14 CM DE LARGO CON LLAVE CALIBRADORA INTEGRADA	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PIEZA	32

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- BULBO DE ACCIÓN TERMOSTÁTICA DE LECTURA ANALÓGICA, DE ACERO INOXIDABLE.
- VÁSTAGO CON SENSOR TAMAÑO DE 8"
- CARÁTULA DE 2", GRÁFICA DE ALTA VISIBILIDAD
- TIPO DE MEDICIÓN: BIMETÁLICO Y POR CONTACTO
- RANGO/CAPACIDAD: -10 A 100 °C
- RECALIBRABLE, PRECISIÓN DE +/- 2° C, TRES PUNTOS DE CALIBRACIÓN
- LLAVE CALIBRADORA INTEGRADA Y EMBALAJE EN CAJAS INDIVIDUALES
- GARANTÍA:** DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A
- NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	531.862.0066
NOMBRE GENÉRICO	
TERMÓMETRO INFRARROJO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53201	56	PIEZA	17

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 TERMÓMETRO SIN CONTACTO DE MANO
- 2 PERMITE MEDIR LA TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO POR ACERCAMIENTO A LA PIEL EN DIVERSAS PARTES
- 3 AMPLIO DISPLAY QUE PRESENTA LOS DATOS PARA UNA LECTURA RÁPIDA Y SENCILLA
- 4 SISTEMA DE MIRA GUIADO POR LÁSER PARA UNA FÁCIL ORIENTACIÓN CON UNA PRECISIÓN DEL 1%
- 5 PANTALLA DIGITAL CON ILUMINACIÓN MECANISMO DE ENCENDIDO MANUAL O AUTOMÁTICO.
- 6 REGISTRO DE DATOS DE HASTA 12 PUNTOS CON FUNCIONES DE VALORES MÁXIMOS, MÍNIMOS Y PROMEDIO
- 7 DESPLIEGUE DE TEMPERATURA DE 34 A 42 GRADOS CENTÍGRADOS.
- 8 RESOLUCIÓN ÓPTICA DE HASTA 50:1
- 9 ALARMA VISUAL O SONORA AL DETECTAR TEMPERATURAS FUERA DEL RANGO DETERMINADO O BATERÍA BAJA.
- 10 SELECCIÓN ENTRE MÓDELOS CON EMISIVIDAD FIJA O AJUSTABLE
- 11 CON MEMORIA MÍNIMA DE 20 DETERMINACIONES.
- 12 PANTALLA CON RETROILUMINACIÓN PARA FACILITAR LA LECTURA EN LA OSCURIDAD
- 13 FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA DE LITIO.
- 14 CON ESTUCHE PARA GUARDA O FUNDA PROTECTORA
- 15 SELECCIONADOR DE GRADOS °C O °F POR EL USUARIO
- 16 INCLUYE BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR
- 17 GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- 18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
- 19 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
- 20 MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: EN ESPAÑOL

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 3

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	531.291.0028
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

- 1 **EQUIPO FIJO, ELECTROHIDRONEUMÁTICO, DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. DE LA MISMA MARCA O DISTINTAS MARCAS SIEMPRE Y CUANDO SEAN COMPATIBLES**
SILLÓN ELECTROHIDRAÚLICO O ELECTROMECAÁNICO:
 - 2.1_ CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG.
 - 2.2_ MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE
 - 2.3_ SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO DE ELEVACIÓN Y RECLINACIÓN, ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL
 - 2.4_ MOVIMIENTOS ELECTROMECAANICOS Y/O ELECTROHIDRAULICOS PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES:
 - 2.4.1_ MOTORES DE ASIENTO Y RESPALDO DE 24VDC, CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO DE HASTA 900MM Y DESCENSO DE HASTA 450 MM, CONTROLADO DESDE SU BASE
 - 2.4.2_ DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG (CAMBIO DE LA POSICIÓN SUPINA HORIZONTAL O CERO GRADOS A -10 GRADOS COMO MÍNIMO)
 - 2.4.3_ POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA
 - 2.4.4_ POSICIÓN DE TRABAJO
 - 2.5_ ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO, LIBRES DE COSTURAS, FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE INYECTADO DE POLIURETANO FLEXIBLE
 - 2.6_ FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA, CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES
 - 2.7_ CABEZAL CON BIOARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR
- 2 **SILLA PARA ESTOMATÓLOGO:**
 - 3.1_ SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA
 - 3.2_ CON RODAJAS, TAPIZADA DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE.
 - 3.3_ CON DESCANSA PIES
- 3 **LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA:**
 - 4.1_ INTEGRADA AL SILLÓN
 - 4.2_ CABEZAL DE PLÁSTICO Y/O METAL (ALUMINIO)
 - 4.3_ ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE
 - 4.4_ VENTILACIÓN NATURAL
- 4 **MÓDULO ESTOMATOLÓGICO:**
 - 5.1_ INTEGRADO AL SILLÓN CON DOS CHAROLAS DE ACERO INOXIDABLE
 - 5.2_ CON BRAZO DE ARTICULACIÓN NEUMÁTICA PARA SUBIR Y BAJAR
 - 5.3_ POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270° COMO MÍNIMO
 - 5.4_ NEGATOSCOPIO DE LED INTEGRADO AL MÓDULO
 - 5.5_ CON CONTROL PARA LLENADO DE VASO Y LAVADO DE ESCUPIDERA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 3

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	531.291.0028
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
5.6_	DOS MANGUERAS TIPO BORDEN Y UNA MANGUERA TIPO MULTIFLEX CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE, EL AGUA Y EL SPRAY EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUEO AUTOMÁTICO
5.7_	CON SISTEMA PARA BOTELLA DE AGUA PURIFICADA (SISTEMA FLUSH) DOS BOTELLAS TRANSLÚCIDAS Y RESISTENTES AL AGUA Y DESINFECTANTE, CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE
5.8_	MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM ²
5.9_	REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE
5.10_	SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE AIRE Y AGUA, DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO
5.11_	SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS
5.12_	CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS, DE UN LARGO DE 180 A 200 CM
DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD:	
6.1_	MANGO DE ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO O TITANIO
6.2_	DOS VÍAS
6.3_	DESMTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE
6.4_	TURBINA CON MANDRIL, EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE O RODAMIENTO CERÁMICO CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350,000 RPM O MAYOR
6.5_	RUIDO NO MÁS DE 65 DB
6.6_	HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA O SISTEMA "PUSH BOTON"
UNA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD:	
7.1_	MANGO DE ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO O TITANIO
7.2_	DOS VÍAS
7.3_	DESMTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE
7.4_	GIRO DE 0 A 30,000 RPM +/- 10,000 RPM
7.5_	MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLES PARA INSERTO DE FRESA
7.6_	CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR
7.7_	CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA
7.8_	HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA, EN CASO DE SER NECESARIO
JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA:	
8.1_	DE ACERO INOXIDABLE
8.2_	DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE
8.3_	DOS DUCTOS, UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO,
8.4_	ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULAS DE NO RETRACCIÓN
UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLÓGICA:	
9.1_	INTEGRADO AL EQUIPO
9.2_	EQUIPO CON TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA
9.3_	GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO REGULABLE EN EL RANGO DE 28 KHZ A 30 KHZ COMO MÍNIMO
9.4_	CONTROL O SELECTOR DE FRECUENCIA CON INDICADOR VISUAL
9.5_	PARA USO EN AL MENOS DOS ESPECIALIDADES: PERIODONCIA Y ENDODONCIA
9.6_	ENTRADA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA CON MANGUERA Y FILTRO
9.7_	CONTROL PARA REGULAR EL FLUJO DE IRRIGACIÓN: ROCÍO O SPRAY
9.8_	PIEZA DE MANO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR; CON LUZ LED INTEGRADA
9.9_	ACTIVACIÓN A TRAVÉS DEL PEDAL
9.10_	TRES INSERTOS O PUNTAS PERIODONTALES, INTERCAMBIABLES Y ESTERILIZABLES EN VAPOR



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHA TECNICA		HOJA: 3 DE 3
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)	
CLAVE	531.291.0028	
NOMBRE GENÉRICO		
UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
9.11_	LLAVE O HERRAMIENTA PARA INTERCAMBIO DE INSERTOS O PUNTAS PERIODONTALES	
9.12_	PUNTA O INSERTOS PARA DIFERENTES APLICACIONES CLÍNICAS EN PERIODONCIA, PROFILAXIS, ENDODONCIA, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN Y LLAVE PARA CAMBIO DE INSERTO	
10	ESCUPIERA: 10.1_ FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD 10.2_ FIJA O DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE, CON MOVIMIENTO REBATIBLE DE 30° Y AJUSTE VETICAL 10.3_ CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO 10.4_ DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA 10.5_ CON SOPORTE PARA LLENADO DE VASO, CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIERA TEMPORIZADO O CON CONTROLADOR DE RELOJ 10.6_ BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE 10.7_ CON FILTRO O REJILLA PARA RECOLECCIÓN DE SÓLIDOS	
11	ASPIRADOR QUIRÚRGICO: 11.1_ VACIADO RÁPIDO 11.2_ SISTEMA SILENCIOSO 11.3_ ADAPTADOR PARA CÁNULAS DESECHABLES 11.4_ ACCIONADO CON AIRE 11.5_ CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE	
12	ASPIRADOR/EYECTOR DE SALIVA: 12.1_ ACCIONADO CON AIRE 12.2_ CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS 12.3_ DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE	
13	COMPRESORA DE AIRE: 13.1_ DE 1 HP COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE 35 A 70 LITROS. 13.2_ SISTEMA DE PURGA DE CONDENSADOS AUTOMÁTICO 13.3_ TECNOLOGÍA LIBRE DE ACEITE 13.4_ ENTREGA DE AIRE LIMPIO 13.5_ TANQUE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO DE 45 LITROS 13.6_ CON CUBIERTA REDUCTORA DE RUIDO	
14	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE: 14.1_ PARA MOTOR DE 1 HP A 127 VOLTS PARA COMPRESOR DENTAL REGULADOR DE VOLTAJE 3KVA, 127 V, 1 FASE, CON SUPRESOR DE PICOS	
15	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA CADA 6 MESES POR PERSONAL CALIFICADO, DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA.	
17	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.	
18	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A	

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SANCHEZ-CASAS
DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A UNIDADES
DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER
NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	531.341.2305
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	53101	56	PZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	GENERADOR CON TUBO DE RAYOS X ALIMENTADO EN C.A.:
	1.1 CONSUMO DE POTENCIA EN KW DE 1 O MAYOR.
	1.2 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 65 KVP A 70KVP.
	1.3 CORRIENTE DE 7 MA A 8 MA.
	1.4 DISTANCIA FOCAL DE 200 MM O MAYOR.
	1.5 PUNTO O MANCHA FOCAL DE 0.8 MM O MENOR.
	1.6 FILTRACIÓN TOTAL MÍNIMA DE 2 MM DE AL EQ.
	1.7 MOVIMIENTO TELESCÓPICO O CONTRAPESADO.
2	CONTROL DIGITAL DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN:
	2.1 TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 0.03 SEG. HASTA 3.20 SEG.
	OPCIONALES
	3.1 EQUIPO PREPARADO PARA TRABAJAR EN EL CAMPO OPERATORIO CON SENSORES DIGITALES.
3	3.2 SOPORTE DE BASE RODANTE (CON TELEMANDO DE 2.5 MTS. O MAYOR).
	3.3 SOPORTE PARA MONTAR A PARED (CON TELEMANDO DE 2.5 MTS. O MAYOR).
	3.4 PORTÁTIL (CON TELEMANDO DE 2.5 MTS. O MAYOR).
	ACCESORIOS OPCIONALES:
	4.1 REGULADOR/SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE.
4	4.2 SENSORES DIGITALES INTRA - ORALES.
	4.3 MANDIL DE PLOMO
	4.4 PORTA MANDIL
	4.5 CAJA DE REVELADO DE PLACAS
5	CONSUMIBLES: PELÍCULA RADIOGRÁFICA.
6	CORRIENTE ELECTRICA: 127 V ± 10%, 60 HZ. / 220 V ± 10%, 60 HZ
7	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA CADA 6 MESES POR PERSONAL CALIFICADO, DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA.
9	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
10	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: MANUALES DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO EN ESPAÑOL

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SANCHEZ CASAS
DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A UNIDADES
DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER
NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. RONANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	515.957.0232
NOMBRE GENÉRICO	
VITRINA DE 90 CM. CONTRAMURO	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	16

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO
2	CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 15, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA
3	CON MÉNSULA PARA GRADUAR ALTURA
4	ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS
5	LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA
6	PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS
7	DIMENSIONES: 90 X 20 X 60 CMS
8	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
10	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
11	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA DIANA SÁNCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA (SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL)
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIANA	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
RENDIMIENTO FASSA 2023	21527	51101	56	PIEZA	35

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

1	STAPH CHEK
2	DIMENSIONES DE CORTINA 180CM X 200CM
3	BACTERICIDAS.
4	RESISTENTES A LAS MANCHAS.
5	RESISTENTES AL FUEGO.
6	CERO ROMPIMIENTO.
7	ANTIFLAMA.
8	DEODORIZADAS.
9	ANTIESTÁTICAS.
10	100% LAVABLES EN EL LUGAR.
11	RETARDANTES A LA FLAMA.
12	NO NECESITAN LAVANDERÍA.
13	ALTA RESISTENCIA AL USO.
14	INSTALACIÓN EN EL LUGAR DE DESTINO
15	GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
17	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO ISO 9001-2015 VIGENTE O FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES), EN SU DEFECTO SI ES NECESARIO AGREGAR DOF VIGENTE Y SEÑALIZADO EL ARTÍCULO, AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER VIGENTES Y LEGIBLES.
18	MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

ELABORÓ

DRA. SONIA YOLANDA SANCHEZ CASAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

REVISÓ

DR. ALBERTO MOCTEZUMA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SET DE CURACIÓN	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21527	53201	47	PIEZA	29

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

NUM.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML.	1
2	535.137.0035	MANGO DE BISTURÍ N° 3, CORTO.	1
3	535.701.0585	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD.	1
4	537.702.4749	PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM.	1
5	535.701.0734	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	1
6	535.859.0494	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50crmov 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ


M.E ALMA CRISTINA BALBUENA SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SET DE SUTURA	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21527	53201	47	PIEZA	29

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

NUM.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	535.137.0035	MANGO DE BISTURÍ N° 3, CORTO.	1
2	535.701.0379	PINZA ADSON, CON 1 x 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	1
3	535.701.0585	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1
4	537.702.4707	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130. (125)	1
5	535.716.1735	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO CON RANURA CENTRAL LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1
6	535.701.1831	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1
7	513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 250 A 500 ML. DE CAPACIDAD	1
8	535.859.4884	TIJERA MAYO-STILLE, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 145 A 155 MM.	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50crmov 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ


M.E ALMA CRISTINA BALBASTERO SANTIAGO
JEFE ESTADAL DEL DEPARTAMENTO DE
ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
SET DE INSERCIÓN DE DIU					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21527	53201	47	PIEZA	29

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

NUM.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	535.701.1849	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1
2	537.702.0952	PINZA POZZI LONGITUD 24 CMS.	1
3	535.477.0116	HISTERÓMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACIÓN Y BOTÓN EN LA PUNTA, 4 MM. DE DIÁMETRO Y 31 CMS. DE LONGITUD	1
4	535.859.2417	TIJERA MAYO. RECTA. LONGITUD DE 170 MM.	1
5	537.375.0321	ESPEJO VAGINAL GRAVES, TAMAÑO MEDIANO.	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA			
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:			
1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.			
2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50crmov 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.			
3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.			
4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.			
5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTMF 899.			
6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001			
7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.			
8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.			
9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.			

ELABORÓ


REVISÓ

AUTORIZO

M.E ALMA CRISTINA BALBUENA SANCHEZ
JEFA ESTADÍSTICA DEPARTAMENTO DE

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.375.0313
NOMBRE GENÉRICO	
ESPEJO VAGINAL GRANDE	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21527	53201	47	PIEZA	87

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

ESPEJO VAGINAL GRAVES, TAMAÑO GRANDE.

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50crmov 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directive 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFE ESTADÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE
ENFERMERÍA

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.375.0321
NOMBRE GENÉRICO	
ESPEJO VAGINAL MEDIANO	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21527	53201	47	PIEZA	58

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

ESPEJO VAGINAL GRAVES, TAMAÑO MEDIANO.

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE
FARMACIA

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ BRETÉLÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

DRA. IRMA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.375.0305
NOMBRE GENÉRICO	
ESPEJO VAGINAL CHICO	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21527	53201	47	PIEZA	87

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

ESPEJO VAGINAL GRAVES, TAMAÑO CHICO.

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50crmov 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTMF 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTADÍSTICA DEPARTAMENTO DE

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	535.716.1735
NOMBRE GENÉRICO	
PORTA AGUJAS	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21527	53201	47	PIEZA	29

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO CON RANURA CENTRAL LONGITUD DE 140 A 150 MM.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50crmov 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE
ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	537.147.0017
NOMBRE GENÉRICO	
BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 26 X16 CM Y 700 ML.	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21527	53201	47	PIEZA	29

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 26 X16 CM Y 700 ML.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTMF 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTADO DEL DEPARTAMENTO DE
ENFERMERIA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA				
CLAVE	535.701.1203				
NOMBRE GENÉRICO					
PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL LONGITUD DE 240 A 260 M.M					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21527	53201	47	PIEZA	29

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL LONGITUD DE 240 A 260 M.M

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x46 CR 13 (1,4034), X50CrMoV 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTM F 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANCHEZ
JEFA ESTADÍSTICA DEPARTAMENTO DE
ENFERMERÍA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LOPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUERREROS POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	513.887.0059
NOMBRE GENÉRICO	
TORUNDEROS CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 259 ML DE CAPACIDAD.	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21527	53201	47	PIEZA	29

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

TORUNDEROS CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 259 ML DE CAPACIDAD.

GARANTÍA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:

- 1.-Certificado de Aseguramiento de Calidad (NOM-68-SSA1-1993) Obligatorio.
- 2.-Cumplimiento de uso de materia prima de acero inoxidable grado médico para la fabricación del instrumental: x45 CR 13 (1,4034), X50crmov 15 (1.4116), CRMOV 15 (1.4117), x20 CR 13 (1421), x5 CRNIMO 18 10(1.4401) bajo la Norma DIN 58298.
- 3.-Cumplimiento de estándar DIN en ISO 13402, resistencia a la corrosión de instrumental quirúrgico.
- 4.-Cumplimiento del estándar ISO 7153-1:1991 Instrumentos quirúrgicos-materiales metálicos -parte 1: acero inoxidable selección de los aceros inoxidables disponibles para su uso en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
- 5.-Internacional: Cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares: Council directiva 93/42 eec of 14. June 1993, concerning medical devices; ISO 783, ISO 4957, ISO 7151, ISO 7741, DIN ISO 10088-1,10088-10088-3, DIN 1774-1985, DIN 2774-1985, DIN 17442-1977, ASTM-E353-84 O ASTMF 899.
- 6.-Nacional: Certificado de buenas prácticas de manufactura, expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de los siguientes: ISO 13485 e ISO 9001
- 7.-Certificado de origen de fabricación y mano de obra.
- 8.-Certificado de materia prima: acero inoxidable o acero inoxidable con aleaciones de Cadmio, de Titanio o de Níquel, NO DEBE INCLUIR CARBONO.
- 9.-Compromiso de sustituir los bienes defectuosos en caso de vicios ocultos.

ELABORÓ

M.E ALMA CRISTINA BALLESTEROS SANTIAGO
JEFA ESTATAL DEL DEPARTAMENTO DE
FARMACIA

REVISÓ

DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELÍN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 444

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR PUERPERIO DE BAJO RIESGO)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 3.30 CM
1.2 ANCHO: 3.28 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: SI
4.1 TIPO DE RIEL: RECTO
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SI
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 445

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	2403	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	40

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (HOSPITALIZACION ADULTOS
40 CORTINAS PARA HOSPITALIZACION ADULTOS
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO 2.90
1.2 ANCHO: DE 5.10
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: MAYA INTERNA CON AGENTES ANTIBACTERIANO TERMOPLASTIFICADAS POR AMBAS CARAS
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 40 DE 4.60 MTS 20 DE 235 MTS 2 DE 205 MTS 2 DE 2.30 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (1 40 PIEZA , RECTO 24 PIEZAS,)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA,)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

T. R. LEVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZO
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 446

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	20

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (HOSPITALIZACION ADULTOS 20 CORTINAS PARA HOSPITALIZACION ADULTOS
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 2.90
1.2 ANCHO: DE 2.50
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: MAYA INTERNA CON AGENTES ANTIBACTERIANO TERMOPLASTIFICADAS POR AMBAS CARAS
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 40 DE 4.60 MTS 20 DE 235 MTS 2 DE 205 MTS 2 DE 2.30 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (J 40 PIEZA , RECTO 24 PIEZAS,)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA,)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
DR. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (HOSPITALIZACION ADULTOS	
2 CORTINAS PARA HOSPITALIZACION ADULTOS	
1 DIMENSIONES GENERALES:	
1.1 LARGO: 2.90	
1.2 ANCHO: DE 2.30	
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER	
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: MAYA INTERNA CON AGENTES ANTIBACTERIANO TERMOPLASTIFICADAS POR AMBAS CARAS	
3.1 RETARDANTE AL FUEGO	
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL	
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO	
3.4 LIBRE DE OLORES	
3.5 ANTIESTÁTICA	
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA	
3.7 ANTIALERGÉNICA	
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA	
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA	
4 RIEL: 40 DE 4.60 MTS 20 DE 235 MTS 2 DE 205 MTS 2 DE 2.30 MTS	
4.1 TIPO DE RIEL: (J 40 PIEZA , RECTO 24 PIEZAS,)	
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA,)	
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO) , RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)	
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.	
5 GARANTÍA:	
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.	
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:	
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.	
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:	
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 448

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (HOSPITALIZACION ADULTOS
2 CORTINAS PARA HOSPITALIZACION ADULTOS
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 2.90
1.2 ANCHO: DE 2.45
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: MAYA INTERNA CON AGENTES ANTIBACTERIANO TERMOPLASTIFICADAS POR AMBAS CARAS
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 40 DE 4.60 MTS 20 DE 235 MTS 2 DE 205 MTS 2 DE 2.30 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (1 40 PIEZA , RECTO 24 PIEZAS,)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA,)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
TIR. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 449

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUINTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA	PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR) ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 250 CM
1.2	ANCHO: 283 CM
2	TIPO DE MATERIAL: TELA ULTRABANNER (Nacional)
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: Malla interna, agentes antibacterianos, base de PVC.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO SI
3.4	LIBRE DE OLORES SI
3.5	ANTIESTÁTICA SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA SI
3.7	ANTIALERGÉNICA SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA SI
4	RIEL: Medida 283 recto
4.1	TIPO DE RIEL: recto
4.2	MATERIAL DEL RIEL: aluminio
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: ganchos deslizables
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL. SI
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

T. R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y
APOYO TÉCNICO AL REPPS (SEGUNDO NIVEL)

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHON"	PIEZA	70

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR: 12 cortinas para el área de URGENCIA, 6 cortinas para el área de CONSULTA EXTERNA, 22 cortinas para el área de PEDIATRÍAS, 10 cortinas para el área de MEDICINA INTERNA, 20 cortinas para el área de GINECOLOGÍAS)	
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 6
1.2	ANCHO: 2.5
2	TIPO DE MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER®
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC. CERTIFICADOS APROBADOS.	
3	Resistencia de plásticos a incubación de bacterias ASTM-G-22. Propagación de flama NFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES) Los tramos de riel son de 6 mts., SIENDO EN TOTAL 38 TRAMOS DE 6 MTS. CADA UNO (228 MTS), riel de aluminio extruido con doble canal sin enganches tiene 3,49 cm (1-3/8") de ancho y 1,9 cm (3/4") de profundidad, empalmes de rieles y topes de rieles.
4.1	TIPO DE RIEL: L/RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO CERRADO)(portadores con separación), Las curvaturas son de la mayor amplitud (abiertas) SIENDO UN TOTAL DE 53 CURVAS,
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORADO
T. R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y
APOYO TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZADO
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud
SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



RENLÓN 451

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUINENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	* HOSPITAL GENERAL PEROTE VERACRUZ ** HOSPITAL GENERAL TARIMOYA VERACRUZ	PIEZA	* 33 PZAS ** 27 PZAS

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR: SE UTILIZARAN EN LAS SIGUIENTES ÁREAS : URGENCIAS	
1	DIMENSIONES GENERALES: CANTIDAD 60 DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS : (5 m x 2.50 m)
1.1	LARGO: 2.50 m
1.2	ANCHO: 5 m
2	TIPO DE MATERIAL: ANTIBACTERIANA ULTRABANA
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA ANTIBACTERIANA
3.1	RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES : SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA : SI
4	RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES) : N/A
4.1	TIPO DE RIEL: (L, J, RECTO, ETC) : N/A
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ETC. : ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO CERRADO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC): SE SOLICITAN GANCHOS DESLIZABLES
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SI
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 452

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL GENERAL PEROTE VERACRUZ	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR: SE UTILIZARAN EN LAS SIGUIENTES ÁREAS : SALA DE CHOQUE	
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.50 m
1.2	ANCHO: 4 m
2	TIPO DE MATERIAL: ANTIBACTERIANA ULTRABANA
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA ANTIBACTERIANA
3.1	RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES : SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA : SI
4	RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES) : N/A
4.1	TIPO DE RIEL: (L, J, RECTO, ETC) : N/A
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ETC. : ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO CERRADO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC): SE SOLICITAN GANCHOS DESLIZABLES
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SI
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 453

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORALES MESA"	PIEZA	39

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR ONCOPEDIATRIA)	
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 5.60 MTS VER ANEXO
1.2	ALTO: 2.5 MTS VER ANEXO
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER®, malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS
3.1	RETARDANTE AL FUEGO Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22.
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO SI
3.4	LIBRE DE OLORES SI
3.5	ANTIESTÁTICA SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA SI
3.7	ANTIALERGÉNICA SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA SI
4	RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES) 32 DE ALUMINIO
4.1	TIPO DE RIEL: (L, J, RECTO, ETC) 16 RIELES RECTOS DE 2.40 MTS DE PVC Y 16 CUERVAS DE U A 90°.
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ETC.
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO CERRADO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T. R. ELVIS MICHAEL PEREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y
APOYO TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 454

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	* CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORALES MESA" ** HOSPITAL GENERAL PEROTE VERACRUZ	PIEZA	* 17 PZAS. ** 4 PZAS.

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR: 21 PIEZAS TOTAL	
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.50 MTS
1.2	ALTO: 2.50 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER®, malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS
3.1	RETARDANTE AL FUEGO Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22.
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO Si
3.4	LIBRE DE OLORES Si
3.5	ANTIESTÁTICA Si
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA Si
3.7	ANTIALERGÉNICA Si
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA Si
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA Si
4	RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES) 10
4.1	TIPO DE RIEL: (L, J, RECTO, ETC) 5 RIELES RECTOS DE 2.40 MTS DE PVC Y 5 CUERVAS DE U A 90°.
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ETC.
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO CERRADO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

T/R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y
APOYO TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZO
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 455

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA	PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR)
<div>Areas: * <u>Toco Cirugia</u> Cotinas 6 cortinas medida 3 metros de largo por 2.50 de Alto. Rieles 6 rieles aluminio 1.85 metros. 6 rieles aluminio de 1.40 metros.</div>
2 TIPO DE MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER®
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: Malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: SI
4.1 TIPO DE RIEL: J, Y RECTO
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS DESLIZABLES ABIERTOS 1038 PIEZAS PARA LAS 33 CORTINAS CON TAPA AL FINAL DEL RIEL
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

T.R/ ELVIS MICHAEL PÉREZ-CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 456

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA, DE HGO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	URGENCIAS ADULTO
GRUPO	11 URGENCIAS ADULTOS
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.4
1.2	ANCHO: 4.9
2	TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 1 DE 4.70 MTS
4.1	TIPO DE RIEL: (1J)
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (METALICO)
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO)), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

T.R. ELVIS MICHAEL PEREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 457

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA, DE HGO	PIEZA	10

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUIROFANO
GRUPO 10 RECUPERACIÓN QUIROFANO 1-3
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 2.4
1.2 ANCHO: 3.7
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 10 DE 3.5 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (10 J)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (METALICO)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO) , RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVES
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 458

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	URGENCIAS ADULTO
GRUPO	1 CORTINAS URGENCIAS ESTABILIZACION
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: DE 2.40
1.2	ANCHO: DE 3.60
2	TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: MAYA INTERNA CON AGENTES ANTIBACTERIANO TERMOPLASTIFICADAS POR AMBAS CARAS
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 1 DE 3.45 MTS 1 DE 2.50 MTS
4.1	TIPO DE RIEL: (2 RECTO)
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (METALICO)
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

J.R. ELVIS MICHAEL PEREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 459

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	URGENCIAS ADULTO
GRUPO	CORTINAS URGENCIAS ESTABILIZACION
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: DE 2.40
1.2	ANCHO: DE 2.65
2	TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: MAYA INTERNA CON AGENTES ANTIBACTERIANO TERMOPLASTIFICADAS POR AMBAS CARAS
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 1 DE 3.45 MTS 1 DE 2.50 MTS
4.1	TIPO DE RIEL: (2 RECTO)
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (METALICO)
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

T.R. ELIAS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZA

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 460

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA, DE HGO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	URGENCIAS ADULTO
GRUPO	1 SHOCK CODIGO INFARTO
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.4
1.2	ANCHO: 2.9
2	TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 1 DE 2.70 MTS
4.1	TIPO DE RIEL: (1 J 2.7 MTS)
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (METÁLICO)
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 461

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA		2403	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA, DE HGO	PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	URGENCIAS ADULTO
GRUPO	12 URGENCIAS ADULTOS
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.4
1.2	ANCHO: 4.5
2	TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 1 DE 4.45 MTS
4.1	TIPO DE RIEL: (4 J)
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (METALICO)
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO) , RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T. R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DR. PEDRO CORONEL PEREZ
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DR. PEDRO CORONEL PEREZ	PIEZA	11

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR: URGENCIAS)
GRUPO 1. 11 CORTINAS PARA EL ÁREA DE URGENCIAS.
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 2.4
1.2 ANCHO: 5
2 TIPO DE MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER®
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resis
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES LARGO Y ANCHO) 3 TRAMOS DE MTS DE LONGITUD RECTO DE 3 CM DE ANCHO
4.1 TIPO DE RIEL: L/CURVOS
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO CERRADO), Las curvaturas son de la mayor amplitud (abiertas) SIENDO UN TOTAL DE 54 CUR
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

DR. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 463

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA, DE HGO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	URGENCIAS ADULTO
GRUPO	13 URGENCIAS ADULTOS
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.4
1.2	ANCHO: 4.7
2	TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 1 DE 4.65 MTS
4.1	TIPO DE RIEL: (1 J)
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (METALICO)
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVES
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 464

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUIROFANOS
GRUPO 2 RECUPERACION QUIROFANO 4
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 2 CORTINAS DE 2.40
1.2 ANCHO: 2 CORTINAS DE 2.40
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: MAYA INTERNA CON AGENTES ANTIBACTERIANO TERMOPLASTIFICADAS POR AMBAS CARAS
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 2 DE 2.20 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (2 RECTO)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (METALICO)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	*HOSPITAL REGIONAL POZA RICA, DE HGO ** HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DR. PEDRO CORONEL PEREZ	PIEZA	*1 **2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	INHALOTERAPIA
3 PIEZAS DE CORTINAS ANTIBACTERIALES	
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: DE 2.40 MTS
1.2	ANCHO: 2.00 MTS
2	TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: MAYA INTERNA CON AGENTES ANTIBACTERIANO TERMOPLASTIFICADAS POR AMBAS CARAS
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 2 RIEL 1 DE 180 MTS 1 DE 1.95 MTS
4.1	TIPO DE RIEL: (2 RECTO)
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (METALICO)
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
DR. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 466

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA, DE HGO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TERAPIA
GRUPO	5 TERAPIA INTENSIVA ADULTOS
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: DE 2.40
1.2	ANCHO: CORTINA DE 4.20
2	TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: MAYA INTERNA CON AGENTES ANTIBACTERIANO TERMOPLASTIFICADAS POR AMBAS CARAS
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 5 RIEL 1 DE 2.45 MTS 1 DE 2.65MTS 2 DE 5.40 MTS 1 DE 3.80 MTS.
4.1	TIPO DE RIEL: (1 J DE 5.40 3 RECTOS)
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (METALICO)
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

T.R. ELIAS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 467

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA, DE HGO	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	URGENCIAS ADULTO
GRUPO	1 SHOCK CODIGO INFARTO
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.4
1.2	ANCHO: 2.9
2	TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 3 DE 2.90 MTS
4.1	TIPO DE RIEL: (1 J 2.7 MTS)
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (METALICO)
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO) , RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	INHALOTERAPIA
GRUPO	2 INHALOTERAPIA 1 PIEZA
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: CORTINAS DE 2.40
1.2	ANCHO: CORTINA 2.10
2	TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: MAYA INTERNA CON AGENTES ANTIBACTERIANO TERMOPLASTIFICADAS POR AMBAS CARAS
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 2 RIEL 1 DE 180 MTS 1 DE 1.95 MTS
4.1	TIPO DE RIEL: (2 RECTO)
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (METALICO)
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. LEVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 469

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA		2403	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TERAPIA
GRUPO	5 TERAPIA INTENSIVA ADULTOS . 3 PIEZAS
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: DE 2.40
1.2	ANCHO: CORTINA DE 3.80
2	TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: MAYA INTERNA CON AGENTES ANTIBACTERIANO TERMOPLASTIFICADAS POR AMBAS CARAS
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 3 RIEL 1 DE 2.45 MTS 1 DE 2.65MTS 2 DE 5.40 MTS 1 DE 3.80 MTS.
4.1	TIPO DE RIEL: (1 J DE 5.40 3 RECTOS)
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (METALICO)
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIERREZ ROLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 470

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DR. PEDRO CORONEL PEREZ	PIEZA	13

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR: URGENCIAS)
GRUPO 1. CORTINAS PARA EL ÁREA DE URGENCIAS. 13 PIEZAS
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 2.4
1.2 ANCHO: 3
2 TIPO DE MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER®
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resis
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES LARGO Y ANCHO) 1 TRAMOS DE 3 MTS DE LONGITUD RECTO DE 3 CM DE ANCHO
4.1 TIPO DE RIEL: L/CURVO
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO CERRADO), Las curvaturas son de la mayor amplitud (abiertas) SIENDO UN TOTAL DE 18 CUR
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
P.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 471

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO II)
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 4.50 CM
1.2	ANCHO: 2.10 CM
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1	RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: J
4.1	TIPO DE RIEL: J
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

T. R. LEVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 472

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO III. 4 PIEZAS)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 3.80 CM
1.2 ANCHO: 2.20 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: ENN J
4.1 TIPO DE RIEL: J
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL. SI
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 473

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR: GRUPO 8. 2 CORTINAS PEDIATRIA
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.20 M
1.2	ANCHO: 4.50 M
2	TIPO DE MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER®
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 2 TRAMO DE RIEL DE 4.00 M DE LARGO POR 4 CM DE ANCHO
4.1	TIPO DE RIEL: TIPO "J" DE 4.00 M LARGO POR 4 CM ANCHO.
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS DESLIZABLES ABIERTO TIPO "C", 30 GANCHOS POR RIEL, UN TOTAL DE 60 GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SI
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y
APOYO TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 474

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO	PIEZA	12

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR:	
GRUPO 1. 12 CORTINAS PARA HOSPITALIZACION ADULTO.	
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.20 M
1.2	ANCHO: 5 M
2	TIPO DE MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER®
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resis
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 12 TRAMOS DE RIEL DE 4.50 M DE LARGO POR 4 CM DE ANCHO
4.1	TIPO DE RIEL: TIPO "J"
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS DESLIZABLES ABIERTO TIPO "C", SE REQUIEREN 40 GANCHO POR RIEL, UN TOTAL DE 480 GANCHOS.
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SI
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.A. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y
APOYO TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZO
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 475

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO	PIEZA	14

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR: GRUPO 2. 8 CORTINAS PARA HOSPITALIZACION ADULTO. 1 DIMENSIONES GENERALES: 1.1 LARGO: 2.20 M 1.2 ANCHO: 2.50 M 2 TIPO DE MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER® CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. 3 Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina. 3.1 RETARDANTE AL FUEGO 3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL 3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO 3.4 LIBRE DE OLORES 3.5 ANTIESTÁTICA 3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA 3.7 ANTIALERGÉNICA 3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA 3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA 4 RIEL: 8 TRAMOS DE RIEL DE 2.50 M DE LARGO POR 4 CM DE ANCHO 4.1 TIPO DE RIEL: RECTO DE 2.50 M LARGO POR 4 CM ANCHO. 4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS DESLIZABLES ABIERTO TIPO "C"(CERRADO), 20 GANCHOS POR RIEL, UN TOPTAL DE 160 GANCHOS 4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SI 5 GARANTÍA: 5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. 12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO. 13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE
--

ELABORÓ

T.B. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y
APOYO TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 476

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR:	
GRUPO 4. 1 CORTINA URGENCIAS	
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.20 M
1.2	ANCHO: 2.75 M
2	TIPO DE MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER®
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS.	
3	Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 2 TRAMOS DE RIEL DE 2.50 M DE LARGO POR 4 CM DE ANCHO
4.1	TIPO DE RIEL: RECTO DE 2.50 M LARGO POR 4 CM ANCHO.
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS DESLIZABLES ABIERTO TIPO "C", 20 GANCHOS POR RIEL, UN TOTAL DE 20 GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SÍ
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y
APOYO TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 477

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA, DE HGO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CONSULTA EXTERNA
GRUPO 1 CORTINAS PARA LABORATORIO
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 1 CORTINAS DE 2.15
1.2 ANCHO: 1 CORTINAS DE 1.20
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 1 DE 1.20 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (1 RECTO)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (PVC)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS-MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 478

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO IV
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 2.70 CM
1.2 ANCHO: 2.10 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: RECTO
4.1 TIPO DE RIEL: RECTO
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL. SI
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 479

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	19

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO V
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 3.50 CM
1.2	ANCHO: 2.10 CM
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1	RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL: J
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SI
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 480

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21205	24801	HAEV	PIEZA	5

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR VI)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 3.00 CM
1.2 ANCHO: 2.10 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: SI
4.1 TIPO DE RIEL : J
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL. SI
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 481

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO VII)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 3.60 CM
1.2 ANCHO: 2.10 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: SI
4.1 TIPO DE RIEL: RECTO
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL. SI
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 482

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO VIII)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 3.65 CM
1.2 ANCHO: 2.10 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: SI
4.1 TIPO DE RIEL: J
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SI
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 483

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO IX)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 1.2 CM
1.2 ANCHO: 2.10 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: SI
4.1 TIPO DE RIEL: RECTO
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
I.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 484

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO X)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 1.90 CM
1.2 ANCHO: 2.10 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: SI
4.1 TIPO DE RIEL: RECTO
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SI
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS ("X" MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 485

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO XIII)
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 1.50 CM
1.2	ANCHO: 2.10 CM
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1	RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL: RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SI
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ:

T.B. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ:

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUINTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO XII)	
1 DIMENSIONES GENERALES:	
1.1 LARGO: 5.00 CM	
1.2 ANCHO: 2.10 CM	
2 TIPO DE MATERIAL:	
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:	
3.1 RETARDANTE AL FUEGO: SI	
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI	
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI	
3.4 LIBRE DE OLORES: SI	
3.5 ANTIESTÁTICA: SI	
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI	
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI	
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI	
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI	
4 RIEL: SI	
4.1 TIPO DE RIEL: J	
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO	
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS	
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI	
5 GARANTÍA:	
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.	
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:	
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.	
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:	
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	

ELABORÓ

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 487

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUINENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO XIII)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 1.56 CM
1.2 ANCHO: 2.10 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: SI
4.1 TIPO DE RIEL: RECTO
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SI
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 488

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	35

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO II)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 4.00 CM
1.2 ANCHO: 2.10 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: J
4.1 TIPO DE RIEL: J
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 489

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO XV)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 1.87 CM
1.2 ANCHO: 2.10 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: SI
4.1 TIPO DE RIEL: RECTO
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

TIR. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 490

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO XVI)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 2.25 CM
1.2 ANCHO: 2.10 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: SI
4.1 TIPO DE RIEL :RECTO
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL. SI
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZO
DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



RENGLÓN 491

ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO XVII)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 2.45 CM
1.2 ANCHO: 2.10 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: SI
4.1 TIPO DE RIEL :RECTO
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 492

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO XVIII)
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.10 CM
1.2	ANCHO: 2.10 CM
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1	RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL: J
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SI
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORO
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZO
DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 493

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 2.80 CM
1.2 ANCHO: 2.10 CM
2 TIPO DE MATERIAL:
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1 RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: SI
4.1 TIPO DE RIEL : RECTO
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 494

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR)
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.6 CM
1.2	ANCHO: 2.10 CM
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1	RETARDANTE AL FUEGO: SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL: J
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL: SI
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS-MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZO
DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR)
	GRUPO 6 . 1 CORTINAS ANTIBACTERIALES EN EL ÁREA DE URGENCIAS
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.00
1.2	ANCHO: 2.70
2	TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIANA ULTRABANNER
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: maya interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con pvc resistentes
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES) 4 tramos de 3.50 METROS
4.1	TIPO DE RIEL: (L, J, RECTO, ETC) L/ recto y L en forma de j
4.2	MATERIAL DEL RIEL: (ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ETC.
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO CERRADO), las curvaturas son de mayor amplitud(abiertas) de 96 piezas
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y
APOYO TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 496

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO	PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR)
GRUPO 5 . 4 CORTINAS ANTIBACTERIALES EN EL ÁREA DE URGENCIAS
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 2.00
1.2 ANCHO: 1.70
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIANA ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: maya interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con pvc resistentes
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES) 4 tramos de 2 metros de longitud y 2 tramos de 1 metro en forma de j
4.1 TIPO DE RIEL: (L, J, RECTO, ETC) L/ recto y L en forma de j
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ETC.
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO CERRADO)), las curvaturas son de mayor amplitud(abiertas) de 75 piezas
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

T. R. ELVIS-MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVÉR
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 497

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR)
GRUPO 3. UNO CORTINAS ANTIBACTERIALES EN EL ÁREA DE LA SALA DE LABOR (TOCOLABOR)
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 2.00
1.2 ANCHO: 1.80
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIANA ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: maya interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con pvc resistentes
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES) 4 tramos de 2 metros de longitud y 2 tramos de 1 metro en forma de j
4.1 TIPO DE RIEL: (L, J, RECTO, ETC) L/ recto y L en forma de j
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ETC.
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO CERRADO), las curvaturas son de mayor amplitud(abiertas) de 75 piezas
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T. R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y
APOYO TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 498

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRES TUXTLA DR, BERNARDO PEÑA	PIEZA	74

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR:	
GRUPO 1. 74 CORTINAS PARA EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN.	
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	ANCHO: 5.45 M
1.2	LARGO: 2
2	TIPO DE MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER®
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS.	
3	Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: 74 TRAMO 1.68 M, 74 TRAMO 1.15 M Y 74 CURVA DE 1.30 M A 90°
4.1	TIPO DE RIEL: L
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO CERRADO), Las curvaturas son de la mayor amplitud (abiertas) SIENDO UN TOTAL DE 53
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5	GARANTÍA:
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PEREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO REPSS SEGUNDO NIVEL

REVISÓ
DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ PRETELIN
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN
HOSPITALARIA

AUTORIZÓ
DRA. ROMINA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 499

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZARICA DE HGO	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CONSULTA EXTERNA
GRUPO 2 CORTINAS PARA EL AREA DE COLPOSCOPIA
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: DE 1.80
1.2 ANCHO: CORTINAS DE 1.65
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 2 DE 1.50 MTS 1 DE 1.15 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (3 RECTO)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (PVC)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO) , RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
L.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA SUTTERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



RENGLÓN 500

ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CONSULTA EXTERNA
GRUPO 3 CORTINAS PARA EL AREA DE COLPOSCOPIA
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: DE 1.80
1.2 ANCHO: DE 1.30
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 2 DE 1.50 MTS 1 DE 1.15 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (3 RECTO)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (PVC)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 501

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CONSULTA EXTERNA
GRUPO 3 CORTINAS PARA EL AREA DE GINECOLOGIA
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: DE 1.80
1.2 ANCHO: DE 1.10
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 3 DE 91 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (3 RECTO)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (PVC)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO) , RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE


T.R. ELVIS MICHAEL PEREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 502

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CONSULTA EXTERNA
GRUPO 3 CORTINAS PARA EL AREA DE PSICOLOGIA
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: DE 1.80
1.2 ANCHO: DE 1.15
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 3 DE 95 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (3 RECTO)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (PVC)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 503

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CONSULTA EXTERNA
GRUPO 1 CORTINAS PARA EL AREA DE TRAUMATOLOGIA
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 1.80
1.2 ANCHO: 4.60
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 1 DE 4.5 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (1 RECTO)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (PVC)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO) , RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORO

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 504

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CONSULTA EXTERNA
GRUPO 1 CORTINAS PARA EL AREA DE NEUROLOGIA
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: DE 1.80
1.2 ANCHO: DE 2.40
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 1 DE 2.23 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (1 RECTO)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (PVC)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 505

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA		2403	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HGO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CONSULTA EXTERNA
GRUPO 1 CORTINAS PARA EL AREA DE MAXILOFACIAL
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 1 CORTINAS DE 1.80
1.2 ANCHO: 1 CORTINAS DE 3.60
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 1 DE 3.41 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (1 RECTO)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (PVC)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

DR. ELVIS-MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 506

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1


FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA, DE HGO	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CONSULTA EXTERNA
GRUPO 3 CORTINAS PARA EL AREA DE PEDIATRIA
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 3 CORTINAS DE 1.80
1.2 ANCHO: 3 CORTINAS DE 1.45
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 3 DE 1.30 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (3 RECTO)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (PVC)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE


T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)


AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 507

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA, DE HGO	PIEZA	9

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CONSULTA EXTERNA
GRUPO 9 CORTINAS PARA EL AREA DE CIRUGIA
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: DE 1.80
1.2 ANCHO: DE 1.25
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 9 DE 1.09 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (3 RECTO)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (PVC)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS-MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 508

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA, DE HGO	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CONSULTA EXTERNA
GRUPO CORTINAS PARA MEDICINA INTERNA
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: DE 1.80
1.2 ANCHO: DE 1.20
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 2 DE 1.07 MTS 1 2.82 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (3 RECTO)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (PVC)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO) , RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 509

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL POZA RICA, DE HGO	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CONSULTA EXTERNA
GRUPO CORTINAS PARA MEDICINA INTERNA
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: CORTINAS DE 1.80
1.2 ANCHO: 3.00
2 TIPO DE MATERIAL: TELA ANTIBACTERIAL ULTRABANNER
3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: CORTINA PEGABLE ACORDE DE PVC
3.1 RETARDANTE AL FUEGO
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4 LIBRE DE OLORES
3.5 ANTIESTÁTICA
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7 ANTIALERGÉNICA
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4 RIEL: 2 DE 1.07 MTS 1 2.82 MTS
4.1 TIPO DE RIEL: (3 RECTO)
4.2 MATERIAL DEL RIEL: (PVC)
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5 GARANTÍA:
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ-CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023