

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: KIT	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANDIL EMPLOMADO CON COLLARIN

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	<p>CONTENIDO DEL KIT: MANDIL EMPLOMADO CON COLLARÍN PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS X</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DE CUELLO: REDONDO • MATERIAL PRINCIPAL: PLOMO • COMPOSICIÓN: PLOMO <p>DESCRIPCIÓN: MANDIL EMPLOMADO AVALADA CONTRA RAYOS X, CON 0.5 MM DE PB DE PROTECCIÓN. HECHO A BASE DE TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, CON CIERRE DE VELCRO PARA AMARRE A LA CINTURA.</p> <p>DIMENSIONES APROXIMADAS 24 PULGADAS DE ANCHO X 38 PULGADAS DE LARGO.</p> <p>COFEPRIS Y / O ISO 9001:2008 Y 13485:2003 DEL FABRICANTE</p> <p>GARANTIA: 24 MESES</p> 	1
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	<i>Guadalupe Díaz del Castillo Flores</i>



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 47	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CONGELADOR HORIZONTAL DE 5 PIES.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	CONGELADOR HORIZONTAL DE 5 PIES UNA SOLA PUERTA LISA, SOLIDA Y TIPO COFRE. PUERTA CON EMPAQUE MAGNÉTICO Y SELLADO HERMÉTICO. PUERTA CON AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA EN SITIO DE 45 MM DE ESPESOR, CON DENSIDAD DE 38 A 40 KG/M3 PUERTA CON CERRADURA Y LLAVE EXTERNA EVITANDO EL CONTACTO CON LA PARTE INTERNA SIN PARTES FILOSAS O REBABAS. GABINETE CON AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA EN SITIO 45 MM DE ESPESOR, CON DENSIDAD DE 38 A 40 KG/M3 GABINETE CON PANELES INTERNOS LISOS ESQUINAS REDONDAS QUE PERMITEN UNA MEJOR LIMPIEZA EN EL EQUIPO. RANGO DE TEMPERATURA INTERNA DE -15°C A -30°C AUN EN AMBIENTES DE 42°C. THERMOSTATO ELECTROMECÁNICO QUE PERMITE REGULAR LA TEMPERATURA DEL EQUIPO. CON 4 RUEDAS CON FRENO QUE PERMITEN MOVER FÁCILMENTE EL EQUIPO. COLOR BLANCO. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BASADO EN PAREDES ACTIVAS BRINDANDO UNA TEMPERATURA UNIFORME Y MÁXIMA EFICIENCIA EN CONSUMO ENÉRGETICO. TAPON DE DRENAJE PARA DESCONGELACIÓN COMPRESOR Y CONDENSADOR SELLADOS HERMÉTICAMENTE, SILENCIOSOS Y DE BAJO MANTENIMIENTO. VOLTAJE: 115 V, 60 HZ.	47



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 47	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CONGELADOR HORIZONTAL DE 5 PIES.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>DEBERÁ CONTAR CON UNA CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE REMOVIBLE</p> <p>DEBERÁ ENTREGARSE CON EL MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL, SE SOLICITA CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES.</p> <p>NORMA ISO 9001-2015</p> <p>GARANTIA 24 MESES</p>  	
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES	<i>S. Diaz</i>

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA AUXILIAR MULTIUSOS CON CHAROLAS DE ACERO INOXIDABLE.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	MESA AUXILIAR CON 4 RUEDAS, LLAVE ESPAÑOLA DE 12MM Y TORNILLERIA COLOR: PLATA LARGO DEL PRODUCTO: 68 CM ALTURA DEL PRODUCTO: 87 CM ANCHO DEL PRODUCTO: 40.5 CM PESO DEL PRODUCTO: 4.5 KG CALIBRE DE LA MESA: 0.8MM MEDIDA DE LAS BANDEJAS: 60 CM X 40 CM. COMPOSICIÓN: ACERO INOXIDABLE POR SEGURIDAD LA MESA DEBERA CONTAR CON FRENO EN CADA LLANTA DE LAS PATAS DELANTERAS. SIN ISO. GARANTIA: 24 MESES	1
		
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	<i>G. Diaz</i>



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
	ORIGEN DEL RECURSO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	PROCESO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BAÑO DE FLOTACIÓN


RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>SUPERFICIE QUE PROPORCIONA ALTAS TASAS DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA</p> <p>RANGO DE TENSIÓN DE TEMPERATURA: ENTRE AMBIENTE Y LOS 75 °C.</p> <p>ALTURA DE SERVICIO: COMO MÁXIMO 2000 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR.</p> <p>CLASE DE PROTECCIÓN IP (IEC 60529): IP 20</p> <p>TENSIÓN NOMINAL: DOS AJUSTES DE FÁBRICA NO MODIFICABLES: 100-120 V CA +10% 230-240 V CA +10%</p> <p>FRECUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ</p> <p>POTENCIA NOMINAL: 350 VA</p> <p>FUSIBLE PRINCIPAL: 2 FUSIBLES, 5 X 20 MM, CON HOMOLOGACIÓN UL PARA 100-120 V: 5 X 20 MM, 2X T 5 A L250 V CA</p> <p>PARA 230-240 V: 5 X 20 MM, 2X T 2,5 A L250 V CA</p> <p>MEDIDAS: 350 X 310 X 100 MM</p> <p>PESO VACÍO: 3,6 KG (SIN EMBALAJE)</p> <p>HUMEDAD RELATIVA: 20-80%, SIN CONDENACIÓN</p> <p>CLASIFICACIÓN CONFORME A IEC 1010: CLASE DE PROTECCIÓN: 1</p> <p>GRADO DE CONTAMINACIÓN 2</p> <p>CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN: II</p> <p>GARANTÍA 24 MESES</p> 	1

ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: HORNO DE CONVECCIÓN FORZADA	

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	VOLUMEN: 60 LITROS MEDIDAS. INTERIOR. 40 CM. x 44 CM x 34.5 CM -CANTIDAD DE BANDEJAS (EST./MÁX.) 2/4 -120V 1~ 60 HZ – 12.5 A FUNCIÓN DE RAMPA APAGADO PROGRAMABLE POR TIEMPO ENCENDIDO PROGRAMABLE POR TIEMPO APAGADO PROGRAMABLE POR TIEMPO Y TEMPERATURA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA CLASE 2 ALARMA VISUAL DE TEMPERATURA RANGO DE TEMPERATURA: DESDE 10 °C POR ENCIMA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 300 °C CONVECCIÓN FORZADA CONTROLADOR CON PANTALLA LCD REGULACIÓN DE LA REJILLA DE AIRE DE SALIDA POR CONTROL ELECTROMECÁNICO 2 REJILLAS CROMADAS POSIBILIDAD DE APIALAR EQUIPOS DE HASTA 115 L DISPOSITIVO INTEGRADO DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA CON AJUSTE INDEPENDIENTE DE CLASE 2 (DIN 12880) Y ALARMA ÓPTICA DISEÑO ERGONÓMICO DE LA MANILLA CONEXIÓN USB PARA EL REGISTRO DE LOS DATOS GARANTÍA 2 AÑOS	1
		
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MUEBLE RODANTE

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	CUBIERTO CON FORMAICA Y FABRICADO EN MDF. PESO 20 KG. DIMENSIONES: 50 X 44 X 76 CM. CUATRO CAJONES CON JALADERAS Y UNA PUERTA CON MAYOR CAPACIDAD PARA ORGANIZAR EL MATERIAL. JALADERAS EN LOS LATERALES DERECHO E IZQUIERDO PARA FACILITAR EL DESLIZAMIENTO, COLOR INDISTINTO. GARANTIA 24 MESES	4



ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: REFRIGERADOR CHICO PARA LABORATORIO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20	TIPO ARMARIO, CON 1 PUERTA DE CRISTAL, CON DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA ALTURA 835 MM ANCHURA 540 MM PROFUNDIDAD 597 MM 3 ESTANTES VOLUMEN BRUTO 200 L VOLUMEN NETO 120 L CONSUMO 0,75 KWH/24H NIVEL DE SONIDO 42 DB PESO 34 KG TEMPERATURA 2°C MIN / 8°C MAX GARANTÍA DE 12 MESES	1



ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA