



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA.

EN LA CIUDAD DE XALAPA – ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3 y 6.4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, XALAPA, VER., LOS C.C. **LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; **M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, **DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A UNIDADES DE PRIMER NIVEL, **ING. NORMA ELIZABETH RODRIGUEZ TORAL**, **DRA. ITZEL CELESTE AHEDO GALLEGOS**, **LAE. BEATRIZ TRUJILLO GONZALEZ** Y **T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO**, REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA, **LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, **L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ** Y **LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO**, COTIZADORAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DEL **MSI. KARLO POMMIER GRANILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO **OIC/SS-SESVER/FI/2592/2023 DE FECHA 1º DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA.

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.-----
- 2.- PRESENTACIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) LICITANTE(S).-----
- 3.- ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA. 1



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA(S) EMPRESA(S) LICITANTE(S). -----

5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO. -----

HECHOS

1.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS	JEFA DE DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A UNIDADES DE PRIMER NIVEL
ING. NORMA ELIZABETH RODRIGUEZ TORAL	REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
DRA. ITZEL CELESTE AHEDO GALLEGOS	
LAE. BEATRIZ TRUJILLO GONZALEZ	
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO	
LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ	COTIZADORAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO
MSI. KARLO POMMIER GRANILLO	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITANTES PARTICIPANTES. -----

No.	EMPRESA	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
1	BIODIST S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL BRIONES HERÁNDEZ
2	SINCRONÍA MÉDICA APLICADA S.A. DE C.V.	LILIANA IVONNE DUNCAN CANALES

3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES, DE CONFORMIDAD

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

CON EL OFICIO **SESVER/DAM/SAH/DATH/14286/2023** DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SIGNADO POR LA DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO, DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA:

○ **ACLARACIÓN 1: NUMERAL 7.2.22:**

LA EMISIÓN DEL ANEXO NO. 9, PODRÁ INDICAR FECHA PREVIA AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, PARA QUE PUEDA SER SELLADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

○ **MODIFICACIÓN 1.- NUMERAL 7.2.12**

DICE: 7.2.12 CARTA EN PAPEL MEMBRETADO EN EL CUAL MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS BIENES OFERTADOS, CUMPLEN CON CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTE (ISO 9001-2000, ISO 13485, FDA, NOM- 010-SCFI-1994), SEGÚN APLIQUE AL BIEN OFERTADO, REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS VIGENTES EXPEDIDO POR COFEPRIS, PARA EL CASO DE LOS BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DEL PAÍS DE ORIGEN.

DEBE DECIR: 7.2.12 CARTA EN PAPEL MEMBRETADO EN EL CUAL MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS BIENES OFERTADOS, CUMPLEN CON CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTE (ISO 9001-2000, ISO 13485, FDA, NOM- 010-SCFI-1994), SEGÚN APLIQUE AL BIEN OFERTADO, REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS VIGENTES EXPEDIDO POR COFEPRIS, PARA EL CASO DE LOS BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DEL PAÍS DE ORIGEN, **VIGENTE CON TRADUCCIÓN SIMPLE EN IDIOMA ESPAÑOL.**

○ **MODIFICACIÓN 2.- SE CANCELA EL RENGLÓN 16 ESPECTROFOTÓMETRO DE RANGO VISIBLE (340-700 NM).**

○ **MODIFICACIÓN 3.- FICHA TÉCNICA. PARTIDA 235. PUNTO 6:**

DICE:

6. S/C PORTA AGUJAS JOHNSON 4.75 X 12 CM.

DEBE DECIR:

6. S/C PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 12 A 14 CM

○ **MODIFICACIÓN 4.- FICHA TÉCNICA. PARTIDA 419. PUNTO 2:**

DICE:

2. CAPACIDAD DE 10 PIES CÚBICOS A 12 PIES CÚBICOS SIN CONGELADOR.

DEBE DECIR:

2. CAPACIDAD DE 10 PIES CÚBICOS A 12 PIES CÚBICOS CON CONGELADOR

2.1 COLOCADO EN EL MISMO CUERPO DEL REFRIGERADOR EN LA PARTE SUPERIOR, DE UNA SOLA PIEZA SIN SEPARADOR AISLANTE CAPAZ DE MANTENER UNA TEMPERATURA HOMOGÉNEA Y CONSTANTE EN EL REFRIGERADOR.

2.2.- CAPACIDAD DE 1.5 A 2 PIES CÚBICOS.

2.3.- ENFRIAMIENTO POR CONVECCIÓN POR DIFUSOR DE AIRE CIRCULANTE, COLOCADO AL FONDO DEL CONGELADOR PARA OPTIMIZAR LA UNIFORMIDAD DE TEMPERATURAS EN TODO EL REFRIGERADOR. CON PARO DE DIFUSOR POR APERTURA DE PUERTA PRINCIPAL DEL REFRIGERADOR.



Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large '4', '2', '1', '3', and '9'.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

2.4.- CON UNA PUERTA LISA CON JALADERA EMBUTIDA, TAMAÑO ACORDE AL CONGELADOR, NIVELADA HECHA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON AISLANTE.

2.5.- MECANISMO DE AUTO CIERRE.

2.6.- SIN GENERACIÓN DE ESCARCHA Y DESHIELO AUTOMÁTICO POR MEDIO DE CIRCULACIÓN INVERSA DE GAS CALIENTE O RESISTENCIA ELÉCTRICA.

2.7.- CHAROLA DE ESCURRIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 COLOCADA DEBAJO DEL CONGELADOR CON DESAGÜE A LA CHAROLA DE RECEPCIÓN DE CONDENSADOS, CON LA FACILIDAD DE LIMPIEZA Y DRENADO.

MODIFICACIÓN 5.- FICHA TÉCNICA. PARTIDA 445.

DICE:

4. RIEL: 40 DE 4.60 MTS 20 DE 235 MTS 2 DE 205 MTS 2 DE 2.30 MTS "

4.1 TIPO DE RIEL: (J 40 PIEZAS, RECTO 24 PIEZAS,)

DEBE DECIR:

4. RIEL: 40 RIELES DE 4.6 MTS

4.1 TIPO DE RIEL: (J 40 PIEZAS)

MODIFICACIÓN 6.- FICHA TÉCNICA. PARTIDA 446.

DICE:

4. RIEL: 40 DE 4.60 MTS 20 DE 235 MTS 2 DE 205 MTS 2 DE 2.30 MTS

4.1 TIPO DE RIEL: (J 40 PIEZAS, RECTO 24 PIEZAS,)

DEBE DECIR:

4. RIEL. 20 RIELES DE 2.35 MTS

4.1 TIPO DE RIEL: (RECTO 20 PIEZAS)

MODIFICACIÓN 7.- FICHA TÉCNICA. PARTIDA 447.

DICE:

4. RIEL: 40 DE 4.60 MTS 20 DE 235 MTS 2 DE 205 MTS 2 DE 2.30 MTS

4.1 TIPO DE RIEL: (J 40 PIEZAS, RECTO 24 PIEZAS,)

DEBE DECIR:

4. RIEL: 2 RIELES DE 2.05 MTS.

4.1 TIPO DE RIEL: (RECTO 2 PIEZAS)

MODIFICACIÓN 8.- FICHA TÉCNICA. PARTIDA 448.

DICE:

4. RIEL: 40 DE 4.60 MTS 20 DE 235 MTS 2 DE 205 MTS 2 DE 2.30 MTS

4.1 TIPO DE RIEL: (J 40 PIEZAS, RECTO 24 PIEZAS,)

DEBE DECIR:

4. RIEL. 2 RIELES DE 2.30 MTS

4.1 TIPO DE RIEL: (RECTO 2 PIEZAS)

MODIFICACIÓN 9.- FICHA TÉCNICA. PARTIDA 495.

DICE:

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA.





2023- 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

4. RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES) 4 TRAMOS DE 3.50 METROS

4.1 TIPO DE RIEL: (L, J, RECTO, ETC) L/ RECTO Y L EN FORMA DE J

DEBE DECIR:

4. RIEL. 1 RIEL DE 2.55 MTS

4.1 TIPO DE RIEL: (RECTO 1 PIEZA)

MODIFICACIÓN 10.- FICHA TÉCNICA. PARTIDA 496.

DICE:

4. RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES) 4 TRAMOS DE 2 METROS DE LONGITUD Y 2 TRAMOS DE 1 METRO EN FORMA DE J

4.1 TIPO DE RIEL DICE: TIPO DE RIEL: (L, J, RECTO, ETC) L/ RECTO Y L EN FORMA DE J

DEBE DECIR:

4. RIEL: 4 RIELES DE 1.60 MTS

4.1 TIPO DE RIEL: (RECTO 4 PIEZAS)

MODIFICACIÓN 11.- SE ANEXAN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS RENGLONES: 444, 450, 453, 455, 471, 472, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 Y 493, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE ACUERDO AL OFICIO SESVER/DAM/SAH/DATH/14286/2023 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SIGNADO POR LA DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO, DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA.

1.-PROVEEDOR: BIODIST S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	NUMERAL 7.1.4. ÚLTIMO PÁRRAFO. DICE: "LOS DOCUMENTOS QUE AL EFECTO SE PRESENTEN, DEBERÁN SER ESPECÍFICAMENTE PARA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-026-2023." ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO LOS ESCRITOS EMITIDOS POR EL LICITANTE DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS CON LA LEYENDA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-026-2023, SIN SER ESTO NECESARIO PARA LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR TERCEROS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBE IDENTIFICAR CON LA LEYENDA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-026-2023, LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR TERCEROS.
2	NUMERAL 7.2.6. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE LOS	SE PODRÁN PRESENTAR SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REFERENCIADO AL ANEXO

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA.



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS EN DONDE SE ENCUENTRE LA REFERENCIA DE LAS ESPECIFICACIONES Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE ENTREGARAN LOS MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS COMPLETOS. ¿SE ACEPTA?	2, ASÍ MISMO SE IDENTIFIQUE A QUE FABRICANTE PERTENECE, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
3	NUMERAL 7.2.10. DEBIDO A QUE ALGUNOS DE LOS FABRICANTES SE ENCUENTRAN EN EL EXTRANJERO Y LAS CARTAS ORIGINALES NO PODRÍAN ESTAR A TIEMPO PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS CARTAS DE APOYO IMPRESAS, A COLOR DEL FORMATO ELECTRÓNICO Y MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGAREMOS LAS CARTAS DE APOYO EN ORIGINAL, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
4	NUMERAL 7.2.24. CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DE MI REPRESENTADA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS CON BIENES Y/O SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5	NUMERAL 10.1. CONSECUTIVO 1. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR RÚBRICA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CADA UNA DE LAS HOJAS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EL LUGAR DESTINADO PARA ELLO EN CADA ANEXO Y/O ESCRITO QUE SOLICITAN EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA 7.1.1.- "IMPRESAS EN PAPEL MEMBRETADO ORIGINAL DEL LICITANTE, SIN QUE CONTENGAN TACHADURAS O ENMENDADURAS. LAS PROPUESTAS Y LOS SOBRES QUE LAS CONTENGAN DEBERÁN DE ESTAR DEBIDAMENTE ROTULADAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA (EL INCUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICIÓN SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN),....."
6	DICE: "1.5.1 PARA LAS UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DADA LA NATULAREZA DE LOS PRODUCTOS Y ORIGEN DE LOS BIENES, EL TIEMPO DE IMPORTACION REQUIERE DE MÁS DIAS, POR LO QUE SOLICITA ACEPTE UN PERIODO DE 45 A 60 DÍAS PARA LOS RENGLONES 45, 46 Y 48. ¿SE ACEPTA?	LOS RENGLONES QUE DESCRIBE, NO SE SOLICITAN EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-028-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

2.- PROVEEDOR: DEWIMED S.A.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 1.5.1, PÁG. 6 DE LAS BASES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 60 A 90 DÍAS, EN VIRTUD DE QUE LOS BIENES QUE OFERTAMOS SON DE IMPORTACIÓN, TOMANDO EN CUENTA EL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y ENVÍO, ASÍ COMO LA SATURACIÓN ADUANAL, ES QUE SOLICITAMOS SE TOMEN EN CUENTA ESTOS FACTORES, A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN DE ENTREGAR DE 60 A 90 DÍAS?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
2	NUMERAL 7.2.6., PÁG. 20 DE LAS BASES. PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL, EN LA USB SE DEBE COPIAR EL ANEXO NO. 2 Y MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS. ¿ES CORRECTO?	LA USB DEBERÁ CONTENER SU PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDA EN EL ANEXO 2.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO.

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 7.2.6., PÁG. 21 DE LAS BASES. ENTENDEMOS QUE EN CASO DE UTILIZAR CATÁLOGOS Y/O MANUALES QUE SE ENCUENTREN EN SU IDIOMA ORIGINAL (NO ESPAÑOL), BASTARÁ CON PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE DE AQUELLOS PUNTOS REFERENCIADOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LA TRADUCCIÓN ESTE DEBIDAMENTE IDENTIFICADA AL CATALOGO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	NUMERAL 7.2.12., PÁG. 21 DE LAS BASES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL INSTRUMENTAL POR FAMILIA, DEBIDAMENTE ETIQUETADOS CON LAS PARTIDAS QUE CADA UNO RESPALDA, A FIN DE EVITAR DUPLICADOS Y UN ENGROSAMIENTO INNecesario DE LAS PROPUESTAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTAN, SIEMPRE Y CUANDO EN LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ESTÉN ETIQUETADAS LAS PARTIDAS A LAS QUE CORRESPONDA Y DEBIDAMENTE REFERENCIANDO, PARA SU ADECUADA REVISIÓN.
3	NUMERAL 7.2.12., PÁG. 21 DE LAS BASES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS DEL INSTRUMENTAL POR FAMILIA, DEBIDAMENTE ETIQUETADOS CON LAS PARTIDAS QUE CADA UNO RESPALDA, A FIN DE EVITAR DUPLICADOS Y UN ENGROSAMIENTO INNecesario DE LAS PROPUESTAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTAN, SIEMPRE Y CUANDO EN LOS REGISTROS SANITARIOS ESTÉN ETIQUETADAS LAS PARTIDAS A LAS QUE CORRESPONDA Y DEBIDAMENTE REFERENCIANDO, PARA SU ADECUADA REVISIÓN.
4	PARA TODAS LAS PARTIDAS DE INSTRUMENTAL. SOLICITAMOS SE ACEPTAR UN RANGO DE +/-10% EN LAS MEDIDAS DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103700000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA.





2023- 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
5	PARTIDA 228. RENLÓN 11. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR UNA LONGITUD DE 27 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6	PARTIDA 230. RENLÓN 20. FAVOR DE ACLARAR SI LAS PINZAS REQUERIDAS SON RECTAS O CURVAS, Y SI LA MEDIDA DE LONGITUD ES DE 12.5 CM.	SE SOLICITA CURVA Y SI PUEDE SER DE 12.5 CM. DE LONGITUD.
7	PARTIDA 230. RENLÓN 23. FAVOR DE ACLARAR EL MODELO Y MEDIDA REQUERIDA.	DEBE SER PINZA (GASTROINTESTINALES) PARA ANASTOMOSIS MODELO DEBAKEY-BECK-SURGICALL DE 15 CM.
8	PARTIDA 233. RENLÓN 1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR UNA LONGITUD DE 27 CM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
9	PARTIDA 235. RENLÓN 6. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR UNA LONGITUD DE 27 CM. ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
10	PARTIDA 252. RENLÓN 15. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR UNA ANGULACIÓN DE 40 GRADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
11	PARTIDA 258. RENLÓN 1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS 48 X 26 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
12	PARTIDA 259. RENLÓN 17. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR UNA LONGITUD DE 27 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
13	PARTIDA 263. RENLÓN 26. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR UNA LONGITUD DE 27 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
14	PARTIDA 264. RENLÓN 17. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR UNA ANGULACIÓN DE 40 GRADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
15	PARTIDA 264. RENLÓN 18. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR EL MODELO DIETRICH. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
16	PARTIDA 264. RENLÓN 41. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR UNA LONGITUD DE 27 CM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
17	PARTIDA 265. RENLÓN 22. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR UNA ANGULACIÓN DE 40 GRADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
18	PARTIDA 265. RENLÓN 23. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR EL MODELO DIETRICH. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
19	PARTIDA 265. RENLÓN 29. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR EL MODELO DIETRICH. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
20	PARTIDA 265. RENLÓN 40. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR EL MODELO LERCHE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
21	PARTIDA 265. RENLÓN 49. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR EL MODELO GERARD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
22	PARTIDA 265. RENLÓN 53. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR UNA LONGITUD DE 27 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
23	PARTIDA 265. RENLÓN 54. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR EL MODELO FRAZIER. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
24	PARTIDA 275. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS 26 X 26 X 5 CM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

3.- PROVEEDOR: SINCRONÍA MÉDICA APLICADA S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	REFERENCIA PAGINA 2 PREGUNTA: TRATÁNDOSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS INFORME SI SE PODRÁN OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO DE PAÍSES COMO ALEMANIA, CHINA, JAPÓN, EUA, PAKISTÁN, ITALIA, POR EJEMPLO. FAVOR DE ACLARAR, YA QUE EN ESTA HOJA SE INDICA 0% DE CONTENIDO NACIONAL PARA INSUMOS Y EQUIPOS. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
2	REFERENCIA: PÁGINA 11 ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA GARANTÍA SERÁ ENTREGA AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN Y NO SERÁ INCLUIDA DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
3	REFERENCIA 7.2.3 PAGINA 19 ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE TENDRÁ QUE PRESENTAR LA ULTIMA MODIFICACIÓN DEL ACTA CONSTITUTIVA	APEGARSE A BASES
4	REFERENCIA: PUNTO 7.2.24 PAGINA 23 ES CORRECTO ENTENDER QUE COMO MÍNIMO SE PODRÁN PRESENTAR 2 CONTRATOS FORMALIZADOS CON ENTIDAD	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA. 9





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PUBLICA O PRIVADA Y SE TENDRÁ POR CUMPLIDO ESTE PUNTO.	
5	REFERENCIA: PAGINA 24 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA AGILIZAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, NOS PERMITA PRESENTARLA EN MEMORIA USB EN PROGRAMA WORD PARA SU PRONTO ANÁLISIS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO RESPETE EL ANEXO 2, CON TODA SU INFORMACIÓN. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
6	REFERENCIA: FORMATO DE VISITAS DADO QUE LA VISITA A LAS INSTALACIONES NO APLICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE CON LA LEYENDA NO APLICA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 17 NO SE REQUIERE VISITA, POR LO QUE NO DEBERAN PRESENTAR FORMATO ALGUNO, SOBRE VISITAS A LAS UNIDADES MÉDICAS.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO.

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
	CONVOCATORIA, PUNTO 7.- INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE OFERTAS, 7.2.1 DEBEMOS ENTENDER QUE AL REALIZAR EL PAGO POR TRANSFERENCIA ENTREGAREMOS LA IMPRESIÓN EMITIDA POR EL BANCO EN 2 TANTOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
	CONVOCATORIA, PUNTO 7.- INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE OFERTAS, 7.2.6 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR, PORTADA, CONTRAPORTADA Y PÁGINAS REFERENCIADAS DE LOS MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA REVISIÓN A LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO RESPALDE LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
	FICHAS-TECNICAS-LPN-103T00000-026-2023. REGLONES 445, 458, 459, 460, 461, 463, 477 PUNTO 4.2 PARA LOS REGLONES 445, 458, 459, 460, 461, 463, 477, EN EL RIEL SE MENCIONAN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES ¿SE ACEPTA HOMOGENIZAR EL MATERIAL DEL RIEL?	EL MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LOS RIELES, EN TODOS LOS CASOS DEBE SER ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DERIVADO A LA CALIDAD, DURABILIDAD OBTENIENDO ABERTURAS RESISTENTES A LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS
	FICHAS-TECNICAS-LPN-103T00000-026-2023.P REGLONES 445, 446, 447, 448, 495 Y 496. PUNTO 4 Y 4.1 PARA LOS REGLONES 445, 446, 447, 448, 495 Y 496. EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA CANTIDAD SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ¿QUÉ CANTIDAD ES LA CORRECTA?	APEGARSE A LAS MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>FICHAS-TECNICAS-LPN-103T00000-026-2023.P RENGLONES 495 Y 496. PUNTO 4.1</p> <p>PARA LOS RENGONES 495 Y 496, SE ENTIENDE QUE EN LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SE PODRÍA UTILIZAR CUALQUIER TIPO DE RIEL MENCIONADO, ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?</p>	<p>EL RIEL SOLICITADO EN ESTOS RENGONES ES DE TIPO "J", EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.</p>
	<p>FICHAS-TECNICAS-LPN-103T00000-026-2023.P RENGLÓN 384 PUNTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</p> <p>PARA EL RENGÓN 384, EN LA DESCRIPCIÓN DE MUEBLE, ¿SE ACEPTA QUE EL LICITANTE OFERTE OTRO COLOR DEL ARCHIVERO?</p>	<p>NO SE ACEPTA, SE SOLICITA APEGARSE CARACTERÍSTICAS ESTIPULADAS EN LAS FICHA TECNICA PUBLICADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.</p>

4.- PROVEEDOR: SALLI S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>NUMERAL 7.1.3. (PÁGINA 19) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI, CON SOLO FIRMAR EL ANVERSO DE LAS HOJAS, FICHAS TÉCNICAS, MANUALES, FOLLETOS QUE INTEGREN NUESTRA PROPUESTA SERÁ SUFICIENTE Y SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
2	<p>NUMERAL 7.2.15 (PÁGINA 22) ULTIMO PAGO PROVISIONAL DE LA DECLARACIÓN MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ANTE EL SAT. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, YA QUE POR LA FECHA DEL EVENTO MI REPRESENTADA NO ESTÁ OBLIGADA A PRESENTAR LA DECLARACIÓN MENSUAL DEL MES DE AGOSTO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
3	<p>NUMERAL 7.3.2. (PÁGINA 24) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ASENTAR EN EL ANEXO Nº12 LA PALABRA (CONFORME A BASES) SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>

5.- PROVEEDOR: GRUPO MOBS S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTA	REPUESTA
1	<p>NUMERAL 7.2.12: ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS FOTOCOPIAS DE CERTIFICADOS/REGISTROS MENCIONADAS EN ESTE PUNTO SE ACREDITAN CON ANEXARLAS EN EL PUNTO 7.2.6 "ANEXO 2" DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS PROPUESTO,</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	SIN DETRIMENTO DE PRESENTAR LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE CUMPLIMIENTO QUE ESTABLECE ESTE NUMERAL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
2	NUMERAL 7.2.12: ES CORRECTO ENTENDER PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, RESPECTO DE BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL, BASTARA CON PRESENTAR CERTIFICADO FDA O CE O JIS Y CERTIFICADO ISO 13485 O ISO 9001, SEGÚN CORRESPONDA AL PAÍS DE ORIGEN Y AL BIEN OFERTADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, DEBERÁ ANEXAR CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTES, DE ACUERDO AL PAÍS DE ORIGEN Y ANEXAR TRADUCCIÓN SIMPLE EN IDIOMA ESPAÑOL DE SER NECESARIO.
3	NUMERAL 7.2.12: ES CORRECTO ENTENDER PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, RESPECTO DE BIENES DE ORIGEN NACIONAL, BASTARA CON PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS EMITIDAS POR COFEPRIS O CERTIFICADO ISO 13485 O ISO 9001, SEGÚN CORRESPONDA AL BIEN OFERTADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PARA EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO DE ORIGEN NACIONAL DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDA POR COFEPRIS. PARA MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PODRÁN PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE, POR INSTITUCIÓN CERTIFICADA.
4	NUMERAL 7.2.15: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DE LA DECLARACIÓN MENSUAL, ES EL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
5	NUMERAL 7.2.30: EN EL APARTADO DE NOTA IMPORTANTE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007. SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN EL PROGRAMA WORD DE OFFICE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO RESPETE EL ANEXO 2, CON TODA SU INFORMACIÓN. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

NO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN FICHA NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL PRODUCTO O INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA LA EQUIVALENCIA Y/O MEJORA TECNOLÓGICA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
2	RENGLÓN 4 BAÑO MARÍA CON TERMÓMETRO CON RESPECTO AL PUNTO 2: DE TEMPERATURA CONSTANTE Y UNIFORME +/-0.05° C CON CONTROL DIGITAL SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA TEMPERATURA CONSTANTE Y UNIFORME DE +/- 1°C, CON CONTROL DIGITAL YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	RENGLÓN 4 BAÑO MARÍA CON TERMÓMETRO	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO	PREGUNTA	RESPUESTA
	CON RESPECTO AL PUNTO 7: DIMENSIONES EXTERNA DE 33X16.5X17 CM +/- 3 CM COMO MÍNIMO SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES EXTERNAS DE 20 X 40 X 42 CM, YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	
4	RENLÓN 4 BAÑO MARÍA CON TERMÓMETRO CON RESPECTO AL PUNTO 8.2: 2 GRADILLAS CON CAPACIDAD DE HASTA 40 TUBOS SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR 2 GRADILLAS CON CAPACIDAD DE 36 TUBOS CADA UNO, YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
5	RENLÓN 23 INCUBADORA DE CO2 PARA LABORATORIO GENETICA CON RESPECTO AL PUNTO 2: VOLUMEN INTERIOR 267 LITROS APROXIMADAMENTE SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN VOLUMEN INTERIOR DE 258 LITROS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6	RENLÓN 23 INCUBADORA DE CO2 PARA LABORATORIO GENETICA CON RESPECTO AL PUNTO 3 DIMENSIONES INTERIORES 750 X 620 X 575 MM APROXIMADAMENTE SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES DIMENSIONES; ANCHO 570 MM X PROFUNDIDAD 610 MM Y UN ALTO DE 745 MM, YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
7	RENLÓN 23 INCUBADORA DE CO2 PARA LABORATORIO GENETICA CON RESPECTO AL PUNTO 4 DIMENSIONES EXTERIORES 1020 X 740 X 785 MM APROXIMADAMENTE SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES DIMENSIONES; ANCHO 794 MM X PROFUNDIDAD 867 MM Y UN ALTO DE 985 MM, YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
8	RENLÓN 23 INCUBADORA DE CO2 PARA LABORATORIO GENETICA CON RESPECTO AL PUNTO 5 PUERTA DE ACCESO CON LLAVE SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA, UN MODO DE OPERACIÓN CON AUTORIDAD DE GESTIÓN CLARA: TRES NIVELES DE AUTORIDAD PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS DATOS, YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
9	RENLÓN 23 INCUBADORA DE CO2 PARA LABORATORIO GENETICA CON RESPECTO AL PUNTO 9.2 DESVIACIÓN DE TEMPERATURA DE 37° C DE ± 0.4 °K SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: UNA DESVIACIÓN DE TEMPERATURA DE 37° C DE ±0.3 °C YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO	PREGUNTA	RESPUESTA
10	RENGLÓN 23 INCUBADORA DE CO2 PARA LABORATORIO GENETICA CON RESPECTO AL PUNTO 9.3 FLUCTUACIÓN DE TEMPERATURA DE 37° C DE ± 0,1°K SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: UNA FLUCTUACIÓN DE TEMPERATURA DE 37° C DE ± 0.1 °C YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
11	RENGLÓN 23 INCUBADORA DE CO2 PARA LABORATORIO GENETICA CON RESPECTO AL PUNTO 11.4 TOBERA DE MEZCLA DE GAS DE CO2 CON EFECTO VENTURI SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: UN REGULADOR DE 2 ETAPAS QUE GARANTIZA UNA ENTREGA CONTROLADA DE LA PRESIÓN Y PORCENTAJE DE CO2 A LA CÁMARA DE INCUBACIÓN YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
12	RENGLÓN 23 INCUBADORA DE CO2 PARA LABORATORIO GENETICA CON RESPECTO AL PUNTO 12 CON AUTOESTERILIZACION POR AIRE CALIENTE SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: CON SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN POR CALOR SECO A 180°C. ESTERILIZACIÓN FÁCIL Y EFICAZ DE MICROORGANISMOS, INCLUIDAS BACTERIAS, HONGOS Y MICROPLASMAS OFRECIENDO UN NIVEL DE ESTERILIDAD DENTRO DE LA CÁMARA DE TODAS LAS SUPERFICIES PARA CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES WS/T367-2012. TODOS LOS COMPONENTES SE ESTERILIZAN DURANTE EL PROCESO, NO ES NECESARIO DESMONTAR LOS COMPONENTES INTERNOS INCLUIDOS LOS SENSORES DE CO2. YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
13	RENGLÓN 23 INCUBADORA DE CO2 PARA LABORATORIO GENETICA CON RESPECTO AL PUNTO 19 SIN VENTILADOR NI FILTRO HEPA SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: UNA ENTRADA DE CO2 QUE ESTE EQUIPADA CON UN FILTRO MICROBIANO DE ALTA EFICIENCIA, CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DEL 99,99% PARA PARTÍCULAS MAYORES O IGUALES A 0,2 µM EN DIÁMETRO. PUEDE FILTRAR EFICAZMENTE BACTERIAS Y PARTÍCULAS DE POLVO EN GAS CO2. LÍNEA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES. YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
14	RENGLÓN 35 MICROSCOPIO QUIRÚRGICO MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA AVANZADA CON RESPECTO AL PUNTO 5.1.1.2 ANGULO DE GIRO DE AL MENOS 300 GRADOS O ± 150 GRADOS	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO	PREGUNTA	RESPUESTA
	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN ANGULO DE GIRO DE ± 130 GRADOS, YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	
15	RENGLÓN 35 MICROSCOPIO QUIRÚRGICO MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA AVANZADA CON RESPECTO AL PUNTO 5.2.3. CON UNAS DIMENSIONES NO MAYOR A 805MM X 805MM SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 839 X 839 MM, YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
16	RENGLÓN 35 MICROSCOPIO QUIRÚRGICO MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA AVANZADA CON RESPECTO AL PUNTO 7.1 LUZ LED O XENÓN (DE 180W COMO MÍNIMO), DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA HOSPITAL SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR ILUMINACION CON BOMBILLA LED CON 50,000 HORAS DE VIDA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
17	RENGLÓN 397 CONTENEDOR TRANSPORTADOR GRANDE DE BASURA MUNICIPAL CON RESPECTO AL PUNTO 5 RUEDAS EMPOTRABLES SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: CON RUEDAS ATORNILLADAS, YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
18	RENGLÓN 397 CONTENEDOR TRANSPORTADOR GRANDE DE BASURA MUNICIPAL CON RESPECTO AL PUNTO 6 PUNTOS DE ELEVACIÓN MOLDEADOS CON ACANALADOS REFORZADO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: PUNTOS DE ELEVACIÓN SEAN INYECTADOS CON ALMA DE ACERO YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
19	RENGLÓN 397 CONTENEDOR TRANSPORTADOR GRANDE DE BASURA MUNICIPAL CON RESPECTO AL PUNTO 11 DIMENSIONES: LARGO 141, ANCHO 137 Y ALTO 133 CM SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: 112.5 X 124.5 X 133 CM YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA CAPACIDAD MINIMA REQUERIDA EN FICHA TECNICA QUE ES DE 1100 LTS, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
20	RENGLÓN 405 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO Y AUTOGENERADO CON RESPECTO AL PUNTO 17 MANÓMETRO INDICADORES DE PRESIÓN DE LAS CÁMARA INTERNAS Y EXTERNAS. ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE ENTREGAR UN MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN DE LA CÁMARA INTERNA,	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTIPULADO EN BASES.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO	PREGUNTA	RESPUESTA
	DEBIDO QUE EL MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN DE LA CÁMARA EXTERNA , ES SOLO PARA ESTERILIZADORES DE MAYOR CAPACIDAD Y DE DOBLE CÁMARA Y DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE AL ESTERILIZADOR REQUERIDO FAVOR DE ACLARAR	
21	RENGLÓN 408 EXTINTOR PARA FUEGO TIPO A B C CON RESPECTO AL PUNTO 2 CILINDRO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: CILINDRO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, DEBIDO QUE LOS EXTINTORES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE ESTÁN EN DESABASTO Y LOS QUE ESTÁN EN CIRCULACIÓN NO CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO SOLICITADO EN RENGLÓN 408 ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTIPULADO EN BASES
22	RENGLÓN 408 EXTINTOR PARA FUEGO TIPO A B C CON RESPECTO AL PUNTO 6 ACERO INOXIDABLE SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: CILINDRO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, DEBIDO QUE LOS EXTINTORES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE ESTÁN EN DESABASTO Y LOS QUE ESTÁN EN CIRCULACIÓN NO CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO SOLICITADO EN RENGLÓN 408 ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTIPULADO EN BASES
23	RENGLÓN 419 REFRIGERADOR PARA VACUNAS CON RESPECTO AL PUNTO 2 CAPACIDAD DE 10 PIES CÚBICOS A 12 PIES CÚBICOS SIN CONGELADOR SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: REFRIGERADOR PARA VACUNAS CON CAPACIDAD DE 10 PIES CÚBICOS CON CONGELADOR YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LAS MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
24	PREGUNTA GENERAL PARA INSTRUMENTAL MEDICO TODA VEZ QUE EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2003 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA DECIMOCUARTA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATALOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO, [HTTPS://WWW.DOF.GOB.MX/NOTA_DETALLE.PHP?CODIGO=688477&FECHA=01/10/2003#GSC.TAB=0] EN EL CUAL SE MENCIONA QUE ES PERMITIDO UNA TOLERANCIA DE +/- 10% EN LAS MEDIDAS DEL INSTRUMENTAL. SOLICITANDO DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR INSTRUMENTAL MEDICO CON UN RANGO DE TOLERANCIA DE +/-10% EN LAS	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

NO	PREGUNTA	RESPUESTA
	MEDIDAS DEL INSTRUMENTAL ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	

CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA. -----

RESPECTO A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS: BIODIST S.A. DE C.V SINCRONÍA MÉDICA APLICADA S.A. DE C.V., QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, MANIFIESTAN NO TENER OBJECCIÓN ALGUNA, ACEPTANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES FIRMANDO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS BASES.-----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA, SUS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/licitaciones-publicas-nacionales-2023/> SIGNIFICANDO QUE TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE SERÁN OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS LICITANTES. -----

SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR, QUE DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.-----

SE REITERA A LOS PARTICIPANTES QUE DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, EL ACUSE DEBIDAMENTE SELLADO EN ORIGINAL Y COPIA DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EL CUAL EL LICITANTE DEBIÓ HABER PRESENTADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PREVIAMENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN CASO DE QUE SEA PERSONA MORAL, DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD. DE ACUERDO AL ANEXO 9 (ESTE ANEXO PUEDE ESTAR FECHADO ANTES DE LA APERTURA, PARA QUE EL O.I.C. LO SELLE) SOLICITADO EN EL PUNTO 7.2.22 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. -----

FINALMENTE SE REITERA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.-----

5. - EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA. 17





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA.-----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS

JEFA DE DEPARTAMENTO DE APOYO
TECNOLÓGICO A UNIDADES DE PRIMER NIVEL

ING. NORMA ELIZABETH RODRIGUEZ TORAL

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. ITZEL CELESTE AHEDO GALLEGOS

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA

LAE BEATRIZ TRUJILLO GONZALEZ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA

LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA.

18



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ
COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO
COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
MSI. KARLO POMMIER GRANILLO	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA	FIRMA
BIODIST S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL BRIONES HERÁNDEZ	
SINCRONÍA MÉDICA APLICADA S.A. DE C.V.	LILIANA IVONNE DUNCAN CANALES	

*****FIN DEL ACTA*****

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA. 19



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 444

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21205	24801	HAEV	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS


	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR GRUPO VII)
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 3.28 MTS
1.2	ANCHO: 3.30 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
3.1	RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL : RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

Elaboró

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

Autorizó

DR. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large circle and various initials.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 450

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA"DR. LUIS F. NACHON"	PIEZA	70

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR: URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, PEDIATRÍAS, MEDICINA INTERNA Y GINECOLOGÍAS)
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.5 mts
1.2	ANCHO: 6.0 mts
2	TIPO DE MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER*
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
3.4	LIBRE DE OLORES
3.5	ANTIESTÁTICA
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA
3.7	ANTIALERGÉNICA
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
4	RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES) Los tramos de riel son de 6 mts., SIENDO EN TOTAL 38 TRAMOS DE 6 MTS. CADA UNO (228 MTS),riel de aluminio extruido con doble canal sin enganches tiene 3,49 cm (1-3/8") de ancho y 1,9 cm (3/4") de profundidad , empalmes de rieles y topes de rieles.
4.1	TIPO DE RIEL: L/RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO CERRADO)(portadores con separación), Las curvaturas son de la mayor amplitud (abiertas) SIENDO UN TOTAL DE 53 CURVAS,
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS ("X" MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

[Signature]
ELABORÓ
T. R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y
APOYO TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

[Signature]
AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801*	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	PIEZA	39


ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR ONCOPEDIATRIA)	
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.5 MTS
1.2	ANCHO: 5.60 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER®, malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS
3.1	RETARDANTE AL FUEGO Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22.
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO SI
3.4	LIBRE DE OLORES SI
3.5	ANTIESTÁTICA SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA SI
3.7	ANTIALERGÉNICA SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA SI
4	RIEL: (EN CASO DE QUE SOLICITE CON RIELES) 32 DE ALUMINIO
4.1	TIPO DE RIEL: (L, J, RECTO, ETC) 16 RIELES RECTOS DE 2.40 MTS DE PVC Y 16 CUERVAS DE U A 90°.
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ETC.
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: (GANCHOS DESLIZABLES (ABIERTO CERRADO), RUEDAS, RODILLO EN VERTICAL, ETC)
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL.
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

T. R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y
APOYO TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DR. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



RENGLÓN 455

ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA

CLAVE

S/C

NOMBRE GENÉRICO

CORTINA ANTIBACTERIAL

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA	PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ESPECIFICAR EL ÁREA DONDE SE VAN A UTILIZAR: URGENCIAS, TOCO CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICÍA)

Largo: 2.5 mts
Ancho: 3.0 mts

- 2 TIPO DE MATERIAL: Tela Antibacteriana ULTRABANNER®
- 3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: Malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC. CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacterias ASTM-G-22. Propagación de flama NFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
- 3.1 RETARDANTE AL FUEGO
- 3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL
- 3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
- 3.4 LIBRE DE OLORES
- 3.5 ANTIESTÁTICA
- 3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA
- 3.7 ANTIALERGÉNICA
- 3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA
- 3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA
- 4 RIEL: SI. 6 RIELES DE 2.5 MTS
- 4.1 TIPO DE RIEL: J, Y RECTO
- 4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.
- 4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS DESLIZABLES ABIERTOS 189 PIEZAS PARA LAS 6 CORTINAS CON TAPA AL FINAL DEL RIEL
- 4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL
- 5 GARANTÍA: 12 MESES
- 5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS ("X" MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
- 12 **INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:**
- 12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
- 13 **NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:**
- 13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORO

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS

AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLÓN 471

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS


DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1 LARGO: 2.10 MTS
1.2 ANCHO: 4.50 MTS
2 TIPO DE MATERIAL:
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: ,malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS.
3 Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1 RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4 LIBRE DE OLORES: SI
3.5 ANTIESTÁTICA: SI
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4 RIEL: SI
4.1 TIPO DE RIEL : RECTO
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5 GARANTÍA: 12 MESES
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

[Signature]
ELABORO

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPPS (SEGUNDO NIVEL)

[Signature]
AUTORIZO

DRA. ROMANA BUTIÉRRES POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

[Handwritten notes and signatures in blue ink]



FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	


ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.20 MTS
1.2	ANCHO: 3.80 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL : RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 478

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PTEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.10 MTS
1.2	ANCHO: 2.70 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL: RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

[Signature]
ELABORÓ

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

[Signature]
AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO



SS Secretaría de Salud

SESVER Servicios de Salud de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 479

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	<p>1 DIMENSIONES GENERALES:</p> <p>1.1 LARGO: 2.10 MTS</p> <p>1.2 ANCHO: 3.50 MTS</p> <p>2 TIPO DE MATERIAL:</p> <p>CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS.</p> <p>3 Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.</p> <p>3.1 RETARDANTE AL FUEGO_ SI</p> <p>3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI</p> <p>3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI</p> <p>3.4 LIBRE DE OLORES: SI</p> <p>3.5 ANTIESTÁTICA: SI</p> <p>3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI</p> <p>3.7 ANTIALERGÉNICA: SI</p> <p>3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI</p> <p>3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI</p> <p>4 RIEL: SI</p> <p>4.1 TIPO DE RIEL : RECTO</p> <p>4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO</p> <p>4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS</p> <p>4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI</p> <p>5 GARANTÍA: 12 MESES</p> <p>5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:</p> <p>12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE</p>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Signature]
 T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
 ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
 TÉCNICO AL REPPS (SEGUNDO NIVEL)

[Signature]
 AUTORIZÓ
 DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 480

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	5

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.10 MTS
1.2	ANCHO: 3.00 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL : RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL. SI
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE *X* AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

T. R. ELYS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 481

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	
1 DIMENSIONES GENERALES:	
1.1 LARGO: 2.10 MTS	
1.2 ANCHO: 3.60 MTS	
2 TIPO DE MATERIAL:	
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS.	
3 Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.	
3.1 RETARDANTE AL FUEGO_ SI	
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI	
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI	
3.4 LIBRE DE OLORES: SI	
3.5 ANTIESTÁTICA: SI	
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI	
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI	
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI	
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI	
4 RIEL: SI	
4.1 TIPO DE RIEL : RECTO	
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO	
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS	
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI	
5 GARANTÍA: 12 MESES	
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.	
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:	
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.	
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:	
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	

ELABORÓ

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. ROMANA GUTÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.10 MTS
1.2	ANCHO: 3.65 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL : RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE *X* AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

[Signature]
ELABORO

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

[Signature]
AUTORIZO

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

[Handwritten notes and signatures in blue ink]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



VERA CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 484

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS


DESCRIPCIÓN DEL BIEN	
1 DIMENSIONES GENERALES:	
1.1 LARGO: 2.10 MTS	
1.2 ANCHO: 1.90 MTS	
2 TIPO DE MATERIAL:	
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS.	
3 Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.	
3.1 RETARDANTE AL FUEGO_ SI	
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI	
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI	
3.4 LIBRE DE OLORES: SI	
3.5 ANTIESTÁTICA: SI	
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI	
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI	
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI	
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI	
4 RIEL: SI	
4.1 TIPO DE RIEL : RECTO	
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO	
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS	
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI	
5 GARANTÍA: 12 MESES	
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.	
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:	
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.	
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:	
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	

Elaboró

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

Autorizó

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 485

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1523-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.10 MTS
1.2	ANCHO: 1.50 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL : RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL. SI
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE *X* AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ

DRA. RONDINA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	
1 DIMENSIONES GENERALES:	
1.1 LARGO: 2.10 MTS	
1.2 ANCHO: 5.00 MTS	
2 TIPO DE MATERIAL:	
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS.	
3 Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.	
3.1 RETARDANTE AL FUEGO_ SI	
3.2 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI	
3.3 CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI	
3.4 LIBRE DE OLORES: SI	
3.5 ANTIESTÁTICA: SI	
3.6 DE FÁCIL LIMPIEZA: SI	
3.7 ANTIALERGÉNICA: SI	
3.8 ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI	
3.9 ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI	
4 RIEL: SI	
4.1 TIPO DE RIEL : RECTO	
4.2 MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO	
4.3 ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS	
4.4 CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI	
5 GARANTÍA: 12 MESES	
5.1 GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.	
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:	
12.1 EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.	
13 NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:	
13.1 CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	

Elaboro
 T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
 ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
 TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

Autorizo
 DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
 DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'B' at the bottom right.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 487

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.10 MTS
1.2	ANCHO: 1.56 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL : RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

Elaboro
ELABORÓ
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

Autorizo
AUTORIZO
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 488

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	35

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.10 MTS
1.2	ANCHO: 4.00 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL: RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

Elaboro

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZO

DRA. ROSANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page.



FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.10 MTS
1.2	ANCHO: 1.87 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL : RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

Elaborado
T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPSS (SEGUNDO NIVEL)

Autorizado
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 490

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	1 DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.10 MTS
1.2	ANCHO: 2.25 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL : RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
T.R. BEVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENLÓN 491

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.10 MTS
1.2	ANCHO: 2.45 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplástica por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL : RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

T.R. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZA

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large 'U' and various initials.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CORTINA ANTIBACTERIAL	

ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21206	24801	HAEV	PIEZA	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	
1	DIMENSIONES GENERALES:
1.1	LARGO: 2.10 MTS
1.2	ANCHO: 2.80 MTS
2	TIPO DE MATERIAL:
3	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: , malla interna con agentes antibacterianos termoplastificada por ambas caras con PVC.CERTIFICADOS APROBADOS. Resistencia de plásticos a incubación de bacteriasASTM-G-22. Propagación de flamaNFPA-7 MALLA. Fabricada con nylon, con tratamiento antibacterial y retardante de flama. Es la única en todo el mercado que cuenta con Filtro UV, lo que permite contrarrestar las radiaciones solares, ayudando a la duración de la cortina.
3.1	RETARDANTE AL FUEGO_ SI
3.2	RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: SI
3.3	CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: SI
3.4	LIBRE DE OLORES: SI
3.5	ANTIESTÁTICA: SI
3.6	DE FÁCIL LIMPIEZA: SI
3.7	ANTIALERGÉNICA: SI
3.8	ACABADO DE OJILLO VULCANIZADO CON COSTURA REFORZADA: SI
3.9	ACABADOS GENERALES CON COSTURA REFORZADA: SI
4	RIEL: SI
4.1	TIPO DE RIEL : RECTO
4.2	MATERIAL DEL RIEL: ALUMINIO
4.3	ACCESORIO PARA DESLIZAR CORTINA: GANCHOS
4.4	CON TAPAS AL FINAL DEL RIEL SI
5	GARANTÍA: 12 MESES
5.1	GARANTÍA MÍNIMA DE "X" AÑOS (12 MESES) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
12	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
12.1	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN O ARMADO DEBERÁ DE REALIZARLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
13	NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:
13.1	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE

ELABORÓ
[Signature]
DR. ELVIS MICHAEL PÉREZ CASTILLO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO
TÉCNICO AL REPPS (SEGUNDO NIVEL)

AUTORIZÓ
[Signature]
DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023