



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-031-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".

EN LA CIUDAD DE XALAPA - ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **17:00 HORAS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS **6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3 Y 6.4** DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE ENCUENTRAN REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO Nº 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, XALAPA, VER., LOS C.C. **LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; **M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES; **L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES; **DRA. SONIA YOLANDA SÁNCHEZ CASAS**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A UNIDADES DE PRIMER NIVEL; **DRA. ITZEL CELESTE AHEDO GALLEGO**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA; **LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **ING. JESÚS ENRIQUE BELLO**, REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN; **L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ** E **ING. JUAN MANUEL REYES FUENTES**, COTIZADORES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN. ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LOS C.C. **LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA** Y **MSI. KARLO POMMIER GRANILLO**, REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADOS MEDIANTE OFICIO NO. **OIC/SS-SESV ER/FI/3342/2023**, A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-031-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

2.- PRESENTACIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) LICITANTE(S).

3.- MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA(S) EMPRESA(S) LICITANTE(S).

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO.

-HECHOS-

1. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES
DRA. ITZEL CELESTE AHEDO GALLEGOS	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
ING. JESÚS ENRIQUE BELLO	REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ	COTIZADORES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ING. JUAN MANUEL REYES FUENTES	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO
LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.
MSI. KARLO POMMIER GRANILLO	

- 2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

POR LOS LICITANTES

No.	DENOMINACIÓN DE LA PERSONA MORAL Y/O FÍSICA	NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE
1	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	DANIEL JIMENEZ MARTINEZ
2	SOLU-TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	CRUZ SOL PALESTINA

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".

Soconusco #31 Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

No.	DENOMINACIÓN DE LA PERSONA MORAL Y/O FÍSICA	NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE
3	BIODIST, S.A. DE C.V.	MIGUEL ÁNGEL BRIONES HERNÁNDEZ
4	GRUPO M.O.B.S., S.A. DE C.V.	JORGE ANTONIO SANTANDER GARCÍA

3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES LAS MODIFICACIONES A LAS BASES, REALIZADAS POR LA CONVOCANTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 18.1 DE LAS BASES, QUE A LA LETRA DICE "LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, PODRÁ MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTAS BASES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DEBIENDO DAR AVISO DE LAS MODIFICACIONES A LOS PARTICIPANTES. PARA AQUELLOS QUE NO ACUDAN A LA JUNTA DE ACLARACIONES, DICHAS MODIFICACIONES PODRÁN SER CONSULTADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/licitaciones-publicas-nacionales-2023/>"

MODIFICACIONES A LAS BASES

MODIFICACIÓN 1: PÁGINA 8.

Nº.	DICE:	DEBE DECIR:
1.-	<p>Para la entrega de los bienes se deberá atender lo siguiente:</p> <p>1.- La entrega de los renglones del 01 al 116 deberá ser validada por el Departamento de Almacenaje y Distribución;</p> <p>Los bienes deberán de entregarse de la siguiente forma:</p> <p>Deberán estar empacados de fábrica y su transporte será el que convenga al proveedor, de acuerdo con las mejores prácticas usuales para su traslado, siempre que se garantice su seguridad, a entera satisfacción de Servicios de Salud de Veracruz, además será obligatorio e invariablemente los bienes deberán estar identificados con:</p>	<p>Para la entrega de los bienes se deberá atender lo siguiente:</p> <p>1.- La entrega de los renglones del 01 al 116 deberá ser validada por el Departamento de Almacenaje y Distribución;</p> <p>2.- La entrega de los renglones del 117 al 162 deberá ser validada por el Director y Administrador de la Unidad Médica correspondiente.</p> <p>Los bienes deberán de entregarse de la siguiente forma: Deberán estar empacados de fábrica y su transporte será el que convenga al proveedor, de acuerdo con las mejores prácticas usuales para su traslado, siempre que se garantice su seguridad, a entera satisfacción de Servicios de Salud de Veracruz, además será obligatorio e invariablemente los bienes deberán estar identificados con:</p>

MODIFICACIONES 2 Y 3, SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO SESVER/DAM/SAPN/DATUPN/17896/2023, DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SIGNADO POR LA DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO, DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

MODIFICACIÓN 2: SE CANCELAN LOS SIGUIENTES RENGLONES:

RENGLÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL
125	53101	531.562.0905	LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA DE LED	1
126	53101	531.562.0707	LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED	4
127	53101	531.572.0465	LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO	3

POR LO QUE LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES NO SE OTORGARON.

MODIFICACIÓN 3: DE LA FICHA TÉCNICA, CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 130: MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PARA USO CON RESONANCIA MAGNÉTICA. SE SOLICITA ELIMINAR EL PUNTO 21.1 CANAL ADICIONAL SIMULTÁNEO.

MODIFICACIÓN 4, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO No. **SESVER/DA/SRM/7339/2023**, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SIGNADO POR EL LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES. **DESCRIPCION DE LA FACTURA DE LOS BIENES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, SE ANEXAN CUADROS A LA PRESENTE ACTA.**

4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE ACUERDO AL OFICIO **SESVER/DAM/SAPN/DATUPN/17896/2023, DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SIGNADO POR LA DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO, DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA.**

1.- PROVEEDOR: FEHLMEX S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	NUMERAL 7.2.3. PÁGINA 21 DE LA CONVOCATORIA SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA PRESENTAR SOLAMENTE, EL ACTA CONSTITUTIVA PRIMERA Y LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN A LA MISMA. SIN PRESENTAR LAS REFORMAS QUE ANTECEDEN A LA PRIMERA, MISMAS QUE CONSTAN EN NUESTRO PODER, DE	NO SE ACEPTA, SE DEBE PRESENTAR ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CÚPON CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>LAS CUALES PODEMOS EXIBIR, LOS ORIGINALES, EN EL MOMENTO QUE ASÍ LO REQUERA LA CONVOCANTE.</p> <p>SÓLO LAS MENCIONAREMOS LAS REFORMAS EN EL FORMATO ANEXO NO. 1, SIN QUE ELLO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.</p> <p>¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR</p>	
--	---	--

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>RENGLÓN 17. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. REFERENCIA: SIN REFERENCIA.</p> <p>PREGUNTA: QUEDA POR ENTENDIDO QUE LOS ESTERILIZADORES SON EQUIPOS SUJETOS A PRESIÓN Y QUE ESTOS DEBEN DE ESTAR REGULADOS POR UNA NORMA NACIONAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y EL DISEÑO DE LOS RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y EN SU DEFECTO QUE NO HAYA ALGUNA NORMA QUE REGULE ESTOS EQUIPOS SE DEBE BASAR EN NORMAS EXTRANJERAS DE ACUERDO CON LA LAASSP ARTÍCULO 20, FRACCIÓN VII Y DEL ARTÍCULO 31 DEL LAASSP.</p> <p>POR ÉNDE, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA OBLIGATORIO QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON CERTIFICADO ASME VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE Y QUE ESTE, SEA COMPROBABLE VÍA WEB, PARA EVITAR USOS FRAUDULENTOS DE CERTIFICADOS NO AUTÉNTICOS Y ADEMÁS, PRESENTAR LAS NORMAS OFICIALES SOLICITADAS.</p> <p>¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>
2	<p>RENGLÓN 17. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. REFERENCIA: SIN REFERENCIA.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, PARA TENER CERTEZA EN LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS A OFERTAR, ES OBLIGATORIO PRESENTAR UN CERTIFICADO DE MATERIAL PARA CONSTATAR QUE LA CÁMARA, CAMISA Y PUERTA ESTÁN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 316L, DONDE EL FABRICANTE ACREDITE DOCUMENTALMENTE DICHOS MATERIALES Y QUE CUMPLA CON LA CERTIFICACIÓN ASME O PED.</p> <p>¿SE ACEPTE?</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

3	<p>REFERENCIA: 2. TIPO GABINETE O EMPOTRABLE.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR SI EL EQUIPO QUE SOLICITAN ES DE TIPO GABINETE O EMPOTRABLE.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.
4	<p>REGLÓN 17. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO.</p> <p>REFERENCIA: 3. DE UNA PUERTA O DOBLE PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO BASTARÁ CON OFERTAR UN EQUIPO DE UNA SOLA PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.
5	<p>REGLÓN 17. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO.</p> <p>REFERENCIA: 3. DE UNA PUERTA O DOBLE PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SE ENTIENDE QUE AL NO INDICAR LA TECNOLOGÍA CON LA CUAL SE DEBE ABRIR Y CERRAR LA PUERTA DE FORMA AUTOMÁTICA, SE PODRÁ OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.</p> <p>¿ES CORRECTO?</p>	NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.
6	<p>REGLÓN 17. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO.</p> <p>REFERENCIA: 3. DE UNA PUERTA O DOBLE PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA LA APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO, YA QUE ESTE SISTEMA ES MÁS SEGURO, SILENCIOSO Y NO REQUIERE MANTENIMIENTO.</p> <p>¿SE ACEPTE? FAVOR DE ACLARAR</p>	NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.
7	<p>REGLÓN 17. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO.</p> <p>REFERENCIA: 8 CON TECNOLOGÍA DE PREVACIO Y GRAVITATORIO.</p>	NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SÓLO TOME EN CUENTA EL SISTEMA DE PRE VACÍO POR MEDIOS MECÁNICOS (BOMBA DE VACÍO), YA QUE UNA BOMBA ES MÁS EFICIENTE AL MOMENTO DE ACONDICIONAR LA CÁMARA Y SACAR TODO EL AIRE FRIO PARA PODER INYECTAR EL VAPOR SATURADO, EVITANDO CONDENSACIÓN DENTRO DE LA CÁMARA Y CONTAR CON LA CERTEZA DE QUE NO QUEDARAN BOLSAS DE AIRE FRIO, ASÍ COMO SECAR POR COMPLETO EL MATERIAL A ESTERILIZAR.</p> <p>¿SE ACEPTE? FAVOR DE ACLARAR</p>	
8	<p>REGLÓN 17. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. REFERENCIA: 21. SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA DEL EQUIPO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PARO DE EMERGENCIA NO SÓLO SEA POR MEDIO DE UN BOTÓN SITUADO EN LA CARCASA DEL EQUIPO, SINO TAMBIÉN EN LA PANTALLA TOUCH SCREEN, YA QUE EN OCASIONES POR SEGURIDAD ES MEJOR TENER DOS OPCIONES A LA HORA DE REALIZAR UN PARO DE EMERGENCIA.</p> <p>¿SE ACEPTE? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>
9	<p>REGLÓN 17. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. REFERENCIA: SIN REFERENCIA</p> <p>PREGUNTA: DEMOS ENTENDER QUE LA UNIDAD PROPORCIONARÁ TODAS LAS CONEXIONES, A PIE DE SALA: AGUA, ESCAPE ATMOSFÉRICO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 V., 3 FASES TIERRA Y NEUTRO, ASÍ COMO CAJA ELÉCTRICA E INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, AGUA DESMINERALIZADA, DRENAJE DE 4" (DE HIERRO FUNDIDO) EXCLUSIVO PARA EL AUTOCLAVE, ETC., ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA CONECTAR E INSTALAR EL EQUIPO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS.</p> <p>¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>
10	<p>REGLÓN 27. LAMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED REFERENCIA: 4.3 TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4200 A 6000 GRADOS KELVIN.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFRECER UNA TEMPERATURA VARIABLE QUE ESTE DENTRO DEL RANGO DE 3500°K A 5000°K, NO</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
11	RENGLÓN 27. LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED REFERENCIA: SIN REFERENCIA. PREGUNTA: DEMOS ENTENDER QUE LA UNIDAD PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA BRIDA DE LA LÁMPARA PARA CONECTAR E INSTALAR EL EQUIPO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR	NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.
12	RENGLÓN 28. LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA DE LED REFERENCIA: 4.3 TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4200 A 6000 GRADOS KELVIN. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFRECER UNA TEMPERATURA VARIABLE QUE ESTE DENTRO DEL RANGO DE 3500°K A 5000°K NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.
13	RENGLÓN 59. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL. REFERENCIA: SIN REFERENCIA. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SOLICITE UN EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE YA QUE CON ESTO GARANTIZA LA RESISTIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL EQUIPO YA QUE ESTE MATERIAL NO GENERA CORROSIÓN.	NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.
14	RENGLÓN 59. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL. REFERENCIA: 4 CON DEPOSITO DE AGUA INTERCONSTRUIDO (COMO PARTE DEL EQUIPO). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE Tome EN CUENTA QUE LOS MATERIALES DEL DEPOSITO SEA DE ACERO INOXIDABLE YA QUE DE ESTA MANERA SE GARANTIZA LA DURABILIDAD Y RESISTENCIA DEL EQUIPO.	NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.
15	RENGLÓN 59. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL.	NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N.º LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>REFERENCIA: 5 DIMENSIONES DE LA CAMARA: 17*34 CM, 23*47 CM Y 257*47 CM.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CAMARA DE ESTERILIZACIÓN CIRCULAR.</p> <p>¿SE ACEPТА?</p>	<p>ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>
16	<p>RENGLÓN 59. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL.</p> <p>REFERENCIA: 5 DIMENSIONES DE LA CAMARA: 17*34 CM, 23*47 CM Y 257*47 CM.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DE LA CAMARA CIRCULAR SEAN DE 25.4 CM * 45.7 CM</p> <p>¿SE ACEPТА?</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>
17	<p>RENGLÓN 59. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL.</p> <p>REFERENCIA: 5 DIMENSIONES DE LA CAMARA: 17*34 CM, 23*47 CM Y 257*47 CM.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DE LA CAMARA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE</p> <p>¿SE ACEPТА? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>
18	<p>RENGLÓN 430 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. PUNTO 2.3 SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO DE ELEVACIÓN Y RECLINACIÓN.</p> <p>¿EL SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO PUEDE SER MEDIANTE PEDAL O BIEN MEDIANTE TOUCHPAD?</p> <p>REQUIEREN QUE LA UNIDAD DENTAL SE PUEDA CONTROLAR MEDIANTE UNO U OTRO O BIEN REQUIEREN DE LOS DOS</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>
19	<p>RENGLÓN 430 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO.</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL</p>

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>PUNTO 3.3 SILLA PARA ESTOMATÓLOGO.</p> <p>¿REQUIEREN QUE LA SILLA PARA ESTOMATÓLOGO CUENTE CON DESCANSAPIES?</p> <p>POR NORMA EL O LA DENTISTA TIENEN QUE TRABAJAR CON LOS PIES EN EL PISO, PARA EVITAR FATIGA PREMATURA, DOLORES DE ESPALDA, DESVIACIÓN DE COLUMNA Y PROBLEMAS DE COXIS.</p> <p>POR LO QUE EL BANQUILLO DE DOCTOR NO DEBE LLEVAR ARILLO (DESCANSAPIES), ESTE ACCESORIO ES PROPIAMENTE PARA EL BANQUILLO DE ASISTENTE.</p> <p>EL BANQUILLO DE ASISTENTE, POR NORMA, DEBE SER MÁS ALTO QUE EL DE DOCTOR, YA QUE EL ASISTENTE TIENEN QUE TENER UNA VISIÓN MÁS AMPLIA Y PODER ASISTIR AL DOCTOR DE MANERA CORRECTA Y EFICIENTE, CUANDO SE TRABAJA A CUATRO MANOS.</p> <p>EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE SI EL BANQUILLO PARA EL DR. O DRA., LO REQUIEREN CON ARILLO DESCANSAPIES</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>
20	<p>RENGLÓN 430 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. PUNTO: 4.7 SOLICITAN: "INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE O CON AL MENOS DOS INTENSIDADES, CON INTERRUPCIÓN EN EL MOVIMIENTO DEL SILLÓN Y RETORNO AUTOMÁTICO DE LA LUZ AL VOLVER A LA POSICIÓN DE TRABAJO"</p> <p>FAVOR DE ACLARAR A QUE SE REFIEREN EXACTAMENTE CON: "INTERUPCIÓN (DE LA LUZ) EN EL MOVIMIENTO DEL SILLÓN...."</p> <p>POR EJEMPLO, SI EL DENTISTA REALIZA UN MOVIMIENTO DEL SILLÓN, PARA QUE EL PACIENTE SE INCLINE A EJUGARSE LA BOCA, ¿REQUIEREN QUE LA LUZ DE LA LÁMPARA SE APAGUE? Y SE VUELVA A ENCENDER CUANDO REGRESE A LA POSICIÓN DE TRABAJO.</p> <p>PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES Y DIRIGIR LAS ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A UNA MARCA EN PARTICULAR, EXISTENTE EN EL MERCADO NACIONAL.</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE:</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>SE NOS ACLARE DETALLADAMENTE ESTE PUNTO O BIEN SE ACEPTE UN EQUIPO, EN EL CUAL, LA LÁMPARA DENTAL SE PUEDA CONTROLAR MEDIANTE EL TOUCHPAD O MEDIANTE EL PEDAL MULTIFUNCIONAL, SEGÚN SEA EL CASO DE LA MARCA Y MODELO QUE OFERTE CADA UNO DE LOS LICITANTES.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	
21	<p>REGLÓN 430 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. PUNTO: 5.1</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS ACLARE LO SIGUIENTE:</p> <p>¿REQUIEREN UNA CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE ADICIONAL A LA QUE TRAE EL MÓDULO ESTOMATOLÓGICO DE LA UNIDAD DENTAL?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>
22	<p>REGLÓN 430 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. PUNTO: 5.6</p> <p>REQUIEREN: "5.6.- DOS MANGUERAS TIPO BORDEN Y UNA MANGUERA TIPO MULTIFLEX CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA CONTROLAR EL AIRE, AGUA Y EL SPRAY EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUEO AUTOMÁTICO".</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS ACLARE A QUE SE REFIEREN EXACTAMENTE CON: ".....UNA MANGUERA TIPO MULTIFLEX CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES....."</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>
23	<p>REGLÓN 430 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. PUNTO: 5.12</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE ACEPTEN MANGUERAS DE POLIURETANO, LISAS, DE 2 VÍAS CON UN LARGO DE 170 CM</p> <p>¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>
24	<p>REGLÓN 430 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO.</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL</p>

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023· 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

<p>PUNTO: 9 SOLICITAN: UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA 9.1.- INTEGRADO AL EQUIPO. 9.4.- CONTROL O SELECTOR DE FRECUENCIA CON INDICADOR VISUAL. 9.5.- PARA USO AL MENOS EN DOS ESPECIALIDADES: PERIODONCIA Y ENDODONCIA. 9.9.- ACTIVACIÓN A TRAVÉS DEL PEDAL. 9.12.- PUNTAS O INSERTOS PARA DIFERENTES APLICACIONES CLÍNICAS EN: PERIODONCIA, PROFILAXIS, ENDODONCIA, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN Y LLAVE PARA CAMBIO DE INSERTO.</p> <p>LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN ESTOS PUNTOS, CORRESPONDEN PROPIAMENTE A UNA UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA DE CONSOLA (NO INTEGRADA AL MÓDULO ESTOMATOLÓGICO DE LA UNIDAD DENTAL).</p> <p>LA UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA INTEGRADA, SE INSTALA EN EL MÓDULO Y QUEDA COMO UNA PIEZA DE MANO MÁS, SE ACTIVA COMO UNA PIEZA DE MANO Y NO MEDIANTE PEDAL.</p> <p>LA UNIDAD ULTRASÓNICA INTEGRADA, NO PRESENTA CONTROL DE SELECCIÓN DE FRECUENCIA, NI INDICADOR VISUAL, NI PEDAL.</p> <p>SI REQUIEREN QUE CONTENGA SELECCIONADOR DE FRECUENCIA CON INDICADOR VISUAL Y PEDAL, DEBE SER LA UNIDAD ULTRASÓNICA DE CONSOLA.</p> <p>LAS DOS TRABAJAN DENTRO DE UN RANGO DE FRECUENCIA DE 28 A 30 KHZ.</p> <p>AHORA BIEN, LA UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA DE CONSOLA, SE PUEDE USAR PARA DIFERENTES ESPECIALIDADES, POR LO QUE HAY PUNTAS O INSERTOS PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES CLÍNICAS.</p> <p>LAS UNIDADES ULTRASÓNICAS ESTOMATOLÓGICAS, POR LO GENERAL TRAEEN DE 3 A 5 INSERTOS PARA PROFILAXIS.</p> <p>PREGUNTAS:</p> <p>a) ¿QUÉ UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA REQUIERE LA CONVOCANTE?</p> <p>¿REQUIEREN UNA UNIDAD ULTRASÓNICA INTEGRADA AL EQUIPO (AL MÓDULO ESTOMATOLÓGICO DE LA UNIDAD</p>	<p>ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p> <p>21</p> <p>X</p> <p>J</p> <p>A</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>Y</p> <p>W</p> <p>U</p> <p>200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823-2023</p>
--	---

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA ALA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>DENTAL)? O BIEN UNA UNIDAD ULTRASÓNICA DE CONSOLA INDEPENDIENTE (NO INTEGRADA AL MÓDULO DEL EQUIPO) Y QUE PRESENTE CONTROL DE SELECCIÓN DE FRECUENCIA REGULABLE CON INDICADOR VISUAL Y PEDAL.</p> <p>b) ¿CUÁNTOS Y DE CUÁLES (DE QUE NÚMERO O MODELO) DE INSERTOS O PUNTAS, DE CADA UNA, DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, PERIODONCIA, PROFILAXIS, ENDODONCIA, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN, REQUIEREN.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	
25	<p>REGLÓN 430 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. PUNTO: 13 COMPRESORA DE AIRE SOLICITAN EN LOS PUNTOS ABAJO MENCIONADOS:</p> <p>13.1.- DE 1 HP COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE 35 A 70 LITROS COMO MÍNIMO. 13.5.- TANQUE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO DE 45 LITROS.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS ACLARE ¿DENTRO DE QUE RANGO ESTA COMPRENDIDA LA CAPACIDAD DEL TANQUE, EN LITROS, DEL COMPRESOR?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>
26	<p>REGLÓN 430 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. REFERENCIA: SIN REFERENCIA.</p> <p>DEMOS ENTENDER QUE LA UNIDAD PROPORCIONARÁ TODAS LAS CONEXIONES, A PIE DE SALA: AGUA, AIRE, DRENAJE, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ETC. (TODOS LOS DISPAROS EN EL PISO), ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA CONECTAR E INSTALAR EL EQUIPO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS.</p> <p>¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>NO ES POSIBLE RESPONDER SU PREGUNTA DEBIDO A QUE EL REGLÓN REFERENCIADO NO CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.</p>

2.- PROVEEDOR: IMEDIC S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	REFERENTE AL PUNTO 7.1.3 LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE, QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA FOLIADA. ¿SE ACEPTE?	NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO QUE NO ESTE FOLIADA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
2	REFERENTE AL PUNTO 7.2.15. ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DE LA DECLARACIÓN MENSUAL OBLIGATORIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (DECLARACIÓN MENSUAL), DEL MES ANTERIOR. POR LA FECHA DE LA LICITACIÓN SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE PRESENTAR DECLARACIÓN MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE, PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	REFERENTE AL PUNTO 7.2 (PÁG. 25), NOTA IMPORTANTE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007, CONFORME A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO TÉCNICO, DEBIENDO COINCIDIR EXACTAMENTE CON LA PRESENTADA EN FORMA ESCRITA, SIN CELDAS COMBINADAS, EN MAYÚSCULAS. POR EL TAMAÑO DE LAS DESCRIPCIONES Y YA QUE NO SE PERMITE COMBINAR CELDAS, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, NOS PERMITA PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA WORD ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE, PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	REFERENTE AL PUNTO 7.3.2 PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, ¿SERÁ SUFICIENTE CON PONER LA LEYENDA "DE ACUERDO A LAS BASES" EN CADA UNO DE LOS INCISOS DEL A AL F? ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE, PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	RENGLON 1. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ESPECIFICAR LA DENSIDAD DEL HULE ESPUMA EXTRAFIRME	LA DENSIDAD DEL HULE ESPUMA DEBERÁ SER DE MINIMO 30 KG/ M3.
2	RENGLÓN 10. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA BASCULA DIGITAL CON CAPACIDAD DE 200 KG, EL CUAL ES UN RANGO DE PESO ADECUADO PARA SOLVENTAR LOS REQUERIMIENTO DE LA POBLACION MEXICANA ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	RENGLON 13.	SE LE SOLICITA SE APEGUE A LO PUBLICADO EN FICHAS TÉCNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN BOTE QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 3.75 A 4.75 LTS?	SE LE SOLICITA SE APEGUE A LO PUBLICADO EN FICHAS TÉCNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
4	RENGLÓN 14. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN BOTE CON LAMINA Y ESTRUCTURA DE CALIBRE 20. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5	RENGLON 23. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ESPECIFICAR SI SE REQUIERE QUE EL EQUIPO SEA EN ACABADO CROMADO O EN ACERO INOXIDABLE PULIDO?	SE LE SOLICITA SE APEGUE A LO PUBLICADO EN FICHAS TÉCNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
6	RENGLON 30. ¿SOLICITAN DE MEDIDAS DE 180 CM X 200 CMS, NOS PODRÍAN ESPECIFICAR CUAL DE LAS MEDIDAS ES EL ALTO Y CUAL ES EL ANCHO? ¿LA MEDIDA A LO LARGO INCLUYE EL DRAPEADO Y CORTE DE ALTURA? ¿NOS PODRÍAN ESPECIFICAR SI UNICAMENTE SE REQUIERE LA CORTINA ANTIBACTERIAL, O TAMBIEN SE REQUIEREN LOS RIELES? ¿EN CUYO CASO SE REQUIEREN RECTOS O CURVOS? ¿Y SI SE REQUIERE EL DESMONTE DE RIELES ANTERIORES? ¿O SE VAN A UTILIZAR LOS YA EXISTENTES? EN CASO DE REQUERIR NUEVOS, NOS PUEDEN ESPECIFICAR SI ES LA INSTALACIÓN EN PLAFON O LOZA?	LA MEDIDA DE 180 CM SE REFIERE AL ALTO Y 200 CM AL ANCHO. LOS DOS METROS INCLUYEN EL DRAPEADO Y CORTE. LA CORTINA DEBERÁ SER CONSIDERADA PARA INSTALARSE COMPLETAMENTE CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS. LOS RIELES DE LAS CORTINAS DEBERÁN SER RECTOS. LA INSTALACIÓN EN LOZA
7	RENGLÓN 52. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INFANTOMETRO DE PLASTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS EL CUAL CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL CONVOCANTE.	SE LE SOLICITA SE APEGUE A LO PUBLICADO EN FICHAS TÉCNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
8	RENGLON 58. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO MEJORA TECNOLÓGICA, UNA LÁMPARA CON LED YA QUE LAS LÁMPARAS DE FUENTE DE FIBRA ÓPTICA CON FOCO DE HALÓGENO GENERAN MUCHO CALOR, ADEMÁS DE QUE EL TIEMPO DE VIDA DE UN FOCO DE LED ES MUCHO MAYOR QUE EL DE HALÓGENO. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
9	RENGLON 71. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN NEGATOSCOPIO CON ESTRUCTURA DE PLÁSTICO ABS Y ALUMINIO, LO CUAL LO VUELVE MAS RESISTENTE A LOS GOLPES. ¿SE ACEPTE?	SE LE SOLICITA SE APEGUE A LO PUBLICADO EN FICHAS TÉCNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
10	RENGLÓN 73. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PILAS ALCALINAS PARA EL EQUIPO. ¿SE ACEPTE?	SE LE SOLICITA SE APEGUE A LO PUBLICADO EN FICHAS TÉCNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

11	RENGLON 74. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA CON SALIDA DE AUDIO DE 8W X 2, SONIDO DOLBY AUDIO, Y COMO MEJORA TECNOLÓGICA SALIDA DE MEDIA POR USB. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
12	RENGLON 75. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ESPECIFICAR EL PESO QUE REQUIEREN QUE PUEDA SOPORTAR LA PELOTA	LA PELOTA TIPO BOBATH DEBERÁ SOPORTAR MÍNIMO 110 KG.
13	RENGLÓN 104. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PILAS ALCALINAS PARA EL EQUIPO. ¿SE ACEPTE?	SE LE SOLICITA SE APEGUE A LO PUBLICADO EN FICHAS TÉCNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
14	RENGLÓN 105. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA CONFIRMAR EL TAMAÑO DEL TERMÓMETRO QUE SE REQUIERE, DADO QUE EN EL NOMBRE GENÉRICO INDICA DE 14 CMS, PERO EN LA DESCRIPCIÓN PIDEN DE 8 PULGADAS, LO QUE EQUIVALE A 20 CMS.	EL TERMÓMETRO DEBERÁ SER DE CARATULA DE 2" Y CON VÁSTAGO 14 CM.
15	RENGLÓN 117. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA BASCULA PESA BEBE DIGITAL CON CAPACIDAD DE 20 KG Y DIVISIÓN DE 5 G, LA CUAL NOS PERMITE LA CORRECTA MEDICIÓN DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

3.- PROVEEDOR: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	PUNTO 7.2.25. LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR COMO MÍNIMO FOTOCOPIAS LEGIBLES DE 2 CONTRATOS FORMALIZADOS CON CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, YA SEA DEPENDENCIA DE ESTA U OTRA ENTIDAD FEDERATIVA, POR LA VENTA DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS DESCRIPTAS EN ANEXO TÉCNICO Y FICHAS TÉCNICAS, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SERÁ DE ACUERDO A LOS RENGLONES EN LOS QUE PARTICIPE. ASIMISMO, DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTOS QUE AMPAREN O ACREDITEN LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES CONFORME A DICHOS CONTRATOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE, QUE, EN EL CASO DE ENTIDADES PRIVADAS, LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA Y REMISIÓN SEAN DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA ENTREGA TOTAL DE	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	LOS BIENES, YA QUE SON LOS DOCUMENTOS COMUNES CUANDO HAY OPERACIONES ENTRE PARTICULARS ¿SE ACEPTA?	
--	--	--

B) - DE CARÁCTER TECNICO

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>RENGLÓN 141 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO.</p> <p>2.10.- PESO NO MAYOR A 7KG INCLUIDA LA BATERÍA.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN PESO MÁXIMO DE 6.5 KG INCLUIDA LA BATERÍA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
2	<p>RENGLÓN 141 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO.</p> <p>2.6.- TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA DE 5 HORAS COMO MÁXIMO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA 3.25 HORAS COMO MAXIMO.</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
3	<p>RENGLÓN 141 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO.</p> <p>PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR FUENTE DE AIRE AUTÓNOMA INTER CONSTRUIDA AL EQUIPO A TRAVÉS DE TURBINA?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p>
4	<p>RENGLÓN 141 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO.</p> <p>PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTA EL CÁLCULO DE CONSUMO DE OXÍGENO ACTUAL?</p> <p>DADO QUE ES UNA GRAN HERRAMIENTA AL MOMENTO DE LOS TRASLADOS PARA CALCULAR EL NÚMERO DE TANQUES DE OXÍGENO REQUERIDOS.</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p>
5	<p>RENGLÓN 141 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO.</p> <p>PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTA PULMÓN DINÁMICO QUE MUESTRE EL DATO DE COMPLIANCE, RESISTENCIA EN EL ÁRBOL BRONQUIAL Y LA RESPIRACIÓN ACTIVA DEL PACIENTE? ¿SE ACEPTA?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS</p>

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
6	<p>RENGLÓN 141 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO.</p> <p>PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR VENTILACIÓN DE RCP? ¿SE ACEPTE?</p> <p>DADO QUE ES UNA HERRAMIENTA, QUE PERMITE AL PERSONAL CLÍNICO, ENFOCARSE EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE MIENTRAS ESTÁN EN UN EVENTO DE RCP.</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p>
7	<p>RENGLÓN 141 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO.</p> <p>PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EL MODO DE VENTILACIÓN ASV (VENTILACIÓN DE SOPORTE ADAPTABLE) ¿SE ACEPTE?</p> <p>LA VENTILACIÓN ASV ESTA BASADA EN LA VENTILACIÓN CON PROTECCIÓN PULMONAR, BASADA EN LA PRESIÓN MÍNIMA, PARA GENERAR EL VOLUMEN REQUERIDO. CAPAZ DE SELECCIONAR UN PATRÓN RESPIRATORIO ESPECIFICO BASADO EN LA MECÁNICA PULMONAR DEL PACIENTE.</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p>
8	<p>RENGLÓN 129, MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO</p> <p>PUNTO 6. SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA CONVOCANTE, QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONSIDERE ESTA CARACTERÍSTICA COMO OPCIONAL, YA QUE LA PRINCIPAL FUNCIÓN DE ESTA CARACTERÍSTICA ES SINCRONIZAR UNA SEÑAL DE ECG CON LA RESPUESTA DE OTROS EQUIPOS, PERO PARA ESTO ES NECESARIO HARDWARE ADICIONAL QUE TIENE TIEMPOS DE ENTREGA MAYORES AL SOLICITADO, ¿SE ACEPTE?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.</p>
9	<p>RENGLÓN 129, MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO</p> <p>PUNTO 14.4.....ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS REUSABLE Y 20 ADAPTADORES DE VÍA AÉREA DESECHABLES.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR EL SENSOR DE CAPNOGRAFÍA REUSABLE CON 20 ADAPTADORES DE VÍA AÉREA ADULTO DESECHABLES, ¿SE ACEPTE?</p>	<p>SE ACEPTE, SIEMPRE Y CUANDO PROPORCIONE AL MENOS UN ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS REUSABLE Y LOS 20 DESECHABLES. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
10	RENGLÓN 129, MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	SE ACEPTE, SIEMPRE Y CUANDO PROPORCIONE AL MENOS UN ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS REUSABLE

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".






2023· 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PUNTO 14.7..... ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS NEONATAL REUSABLE Y 20 ADAPTADORES DE VÍA AÉREA DESECHABLES. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR EL SENSOR DE CAPNOGRAFÍA REUSABLE CON 20 ADAPTADORES DE VÍA AÉREA NEONATAL DESECHABLES, ¿SE ACEPTA?	Y LOS 20 DESECHABLES SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
11	RENGLÓN 129, MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PUNTO 17 CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 3 HORAS,..... PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA H CONVOCANTE, QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON BATERÍA DE 90 MINUTOS, QUE SON SUFICIENTES PARA MONITORIZAR A UN PACIENTE EN LO QUE SUMINISTRA ENERGÍA LA PLANTA DE LUZ, QUE POR NORMA DEBEN TENER TODOS LOS HOSPITALES, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
12	RENGLÓN 131, MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRASLADO DEL PACIENTE. PUNTO 2. SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA H CONVOCANTE, QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONSIDERE ESTA CARACTERÍSTICA COMO OPCIONAL, YA QUE LA PRINCIPAL FUNCIÓN DE ESTA CARACTERÍSTICA ES SINCRONIZAR UNA SEÑAL DE ECG CON LA RESPUESTA DE OTROS EQUIPOS, PERO PARA ESTO ES NECESARIO HARDWARE ADICIONAL QUE TIENE TIEMPOS DE ENTREGA MAYORES AL SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
13	P RENGLÓN 131, MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRASLADO DEL PACIENTE. PUNTO 11 CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 4 HORAS,..... PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA H CONVOCANTE, QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON BATERÍA DE 90 MINUTOS, QUE SON SUFICIENTES PARA MONITORIZAR A UN PACIENTE DURANTE UN TRASLADO INTRAHOSPITALARIO, ENTENDIENDO QUE EN EL CASO DE UN TRASLADO FUERA DEL HOSPITAL SE PUEDE CONECTAR EL EQUIPO A UN CONTACTO EN LA AMBULANCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
14	RENGLÓN 132, MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO PUNTO 3. SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA H CONVOCANTE, QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, considere esta característica como opcional, ya que la principal función de esta característica es sincronizar una señal de ECG con la respuesta de otros equipos, pero para esto es necesario hardware adicional que tiene tiempos de entrega mayores al solicitado, ¿SE ACEPta?	
15	RENGLÓN 132, MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO PUNTO 14.4. CABLE DE EEG PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL CABLE SOLICITADO EN ESTE PUNTO DEBE SER DIFERENTE AL CABLE DE BIS, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
16	RENGLÓN 132, MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO PUNTO 16. GASTO CARDIACO 16.1. POR TERMODILUCIÓN O GASTO CARDIACO CONTINUO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR UNA TECNOLOGÍA INNOVADORA COMO LA ESTIMACIÓN DEL GASTO CARDIACO CONTINUO NO INVASIVO POR MEDIO DE LA MEDICIÓN DE ECG, SPO2 Y PANI. CON DICHOS DATOS ESCCO REALIZA EL MONITOREO DE PARÁMETROS HEMODINÁMICOS COMO SON; VOLUMEN SISTÓLICO ESTIMADO (ESSV), GASTO CARDÍACO CONTINUO ESTIMADO (ESCCO), RESISTENCIA VASCULAR SISTÉMICA ESTIMADA (ESSVR), ÍNDICE DE VOLUMEN SISTÓLICO ESTIMADO (ESSVI), ÍNDICE DE GASTO CARDÍACO CONTINUO ESTIMADO (ESCCI) E ÍNDICE DE RESISTENCIA VASCULAR SISTÉMICA ESTIMADA (ESSVRI). ADEMÁS, NO TENEMOS LA NECESIDAD DE CONSUMIBLES O ACCESORIOS ADICIONALES, YA QUE TODO SE REALIZA TOMANDO COMO REFERENCIA LO YA MENCIONADO. ¿SE ACEPta?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
17	RENGLÓN 133, MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO 3. SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA H CONVOCANTE, QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, considere esta característica como opcional, ya que la principal función de esta característica es sincronizar una señal de ECG con la respuesta de otros equipos, pero para esto es necesario hardware adicional que tiene tiempos de entrega mayores al solicitado, ¿SE ACEPta?	NO SE ACEPta, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
18	RENGLÓN 133, MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO 14. CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 3 HORAS.....	NO SE ACEPta, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA H CONVANTE, QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON BATERÍA DE 90 MINUTOS, QUE SON SUFICIENTES PARA MONITORIZAR A UN PACIENTE EN LO QUE SUMINISTRA ENERGÍA LA PLANTA DE LUZ, QUE POR NORMA DEBEN TENER TODOS LOS HOSPITALES, ¿SE ACEPTE?	
19	RENLÓN 140, VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL PUNTO 2.6. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO... PREGUNTA: EL HUMIDIFICADOR QUE MANEJAMOS ES DE TECNOLOGÍA SUPERIOR A LO SOLICITADO, YA QUE NO REQUIERE DE CABLE CALEFACTOR, NI DE SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNOS; LA TECNOLOGÍA DE NUESTRO HUMIDIFICADOR, YA TIENE INTEGRADOS DENTRO DE LOS CIRCUITOS DE PACIENTE, TANTO EL CABLE CALEFACTOR, COMO EL SENSOR DE TEMPERATURA. CON BASE EN LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTE OFERTAR ESTA TECNOLOGÍA SUPERIOR. ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
20	RENLÓN 140, VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL PUNTO 3.2. FLUJO INSPIRATORIO... PREGUNTA: EN LA DOCUMENTACIÓN DE NUESTRO VENTILADOR, EL FLUJO INSPIRATORIO SE DENOMINA COMO TASA DE FLUJO, MISMO QUE ESTÁ EN EL RANGO DE 1 A 150 L/MIN. ENTENDEMOS QUE SE ACEPTE REFERENCIAR TASA DE FLUJO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
21	RENLÓN 140, VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL PUNTO 3.3. PRESIÓN INSPIRATORIA DE 2 A 90 CMH20. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE ACEPTE OFERTAR PRESIÓN INSPIRATORIA EN EL RANGO DE 2 A 80 CMH20. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
22	RENLÓN 140, VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL PUNTO 3.10. PAUSA ESPIRATORIA... PREGUNTA: EN EL CASO DE NUESTRO VENTILADOR, LA MANIOBRA DE PAUSA ESPIRATORIA SE REALIZA CON UN BOTÓN DE ACCESO RÁPIDO, EL TIEMPO DE LA PAUSA ESPIRATORIA NO ESTÁ LIMITADO AL RANGO DE 0 A 2 SEGUNDOS; LA PAUSA ESPIRATORIA SE INICIA PRESIONANDO EL BOTÓN, SE MANTIENE PRESIONADO DURANTE EL TIEMPO QUE SE REQUIERA Dicha PAUSA ESPIRATORIA Y DESPUÉS SE SUELTA EL BOTÓN PARA FINALIZAR Dicha PAUSA ESPIRATORIA. POR LO ANTES EXPLICADO, ASUMIMOS QUE SE PERMITE DEMOSTRAR LA FUNCIÓN DE PAUSA ESPIRATORIA, EN UN RANGO SUPERIOR A 2 SEGUNDOS, CON UNA CAPTURA DE PANTALLA DEL VENTILADOR DONDE SE APRECIE LA MANIOBRA Y EL TIEMPO DE DURACIÓN. ¿ES CORRECTO?	TODOS LOS PUNTOS DEBE SER REFERENCIADOS, EN CASO DE NO CONTAR CON UN PUNTO DE MANERA EXPLÍCITA, SE DEBERÁ REFERENCIAR A LA IMÁGENES DEL BIEN APOYÁNDOSE EN MANUALES, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, ETC, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PRACTICANTES, ASÍ TAMBIÉN PODRÁ PRESENTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL BIEN SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRA SU EQUIVALENCIA O MEJORA TECNOLÓGICA, DE ACUERDO A LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN FICHA TÉCNICA
23	RENLÓN 140, VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL PUNTO 3.14. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA...	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PREGUNTA: EN LA DOCUMENTACIÓN DE NUESTRO VENTILADOR, LA SENSIBILIDAD ESPIRATORIA SE DENOMINA COMO "ACTIVACIÓN ESPIRATORIA". ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR COMO ACTIVACIÓN ESPIRATORIA. ¿ES CORRECTO?	
24	REGLÓN 140, VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO – NEONATAL PUNTO 3.15. BIAS FLOW, FLUJO BASE... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR "FLUJO CONSTANTE", QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
25	REGLÓN 140, VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO – NEONATAL PUNTO 4.7. VENTILACIÓN NO INVASIVA, RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN... PREGUNTA: EN NUESTRO VENTILADOR, EL MODO APRV FUNCIONA TANTO PARA LIBERACIÓN DE PRESIÓN, COMO PARA VENTILAR EN DOS NIVELES DE PRESIÓN, YA QUE ESTÁ BASADO EN ESTABLECER DOS NIVELES DE CPAP (UNA PRESIÓN ALTA Y UNA PRESIÓN BAJA), QUE SE ALTERNAN ESTABLECIENDO UN CICLO DE TIEMPO (DURANTE UN TIEMPO ALTO Y TIEMPO BAJO); ADEMÁS EL PACIENTE PUEDE RESPIRAR ESPONTÁNEAMENTE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL CICLO TALTO Y TBAJO, Y TAMBIÉN SE PUEDE CONFIGURAR LA PENDIENTE DE PRESIÓN. POR LO ANTERIOR NUESTRO MODO APRV CUMPLE LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
26	REGLÓN 140, VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO – NEONATAL PUNTO 4.7. CON GARANTÍA O LÍMITE DE VOLUMEN PARA CPAP... PREGUNTA: ASUMIMOS QUE SE REFIEREN, A QUE EN EL MODO CPAP SE PUEDA AJUSTAR UN VOLUMEN TIDAL DE RESPALDO, Y PARA ELLO, ENTENDEMOS QUE SE PUEDE REFERENCIAR CON UNA CAPTURA DE PANTALLA DE DICHO AJUSTE. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
27	REGLÓN 140, VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO – NEONATAL PUNTO 4.8. VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS... PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE, PODER REFERENCIAR LO SOLICITADO CON UNA CAPTURA DE PANTALLA DEL VENTILADOR, DONDE SE MUESTRE UNA CONFIGURACIÓN PARA PACIENTE NEONATAL, EN MODO DE VENTILACIÓN A/CMV-PC (ASISTO CONTROLADO POR PRESIÓN), CON AJUSTE DEL TIEMPO INSPIRATORIO (CICLADO POR TIEMPO) Y CON AJUSTE DEL LÍMITE DE PRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	TODOS LOS PUNTOS DEBE SER REFERENCIADOS, EN CASO DE NO CONTAR CON UN PUNTO DE MANERA EXPLÍCITA, SE DEBERÁ REFERENCIAR A LA IMÁGENES DEL BIEN APoyándose EN MANUALES, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, ETC, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PRACTICANTES, ASÍ TAMBÍEN PODRÁ PRESENTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL BIEN SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRA SU

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		EQUIVALENCIA O MEJORA TECNOLÓGICA, DE ACUERDO A LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN FICHA TÉCNICA.
28	<p>RENGLÓN 140, VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO – NEONATAL</p> <p>PUNTO 4.9. VENTILACIÓN LIMITADA POR PRESIÓN CICLADA POR TIEMPO PARA NEONATOS...</p> <p>PREGUNTA: EN NUESTRO VENTILADOR, LOS MODOS SOLICITADOS SE DENOMINAN COMO A/CMV-PC (ASISTO CONTROLADO POR PRESIÓN), SIMV-PC-PS (SIMV POR PRESIÓN + PRESIÓN SOPORTE) Y SPONT-PS (ESPONTÁNEO CON PRESIÓN SOPORTE), Y ESOS MODOS ESTÁN DISPONIBLES PARA PACIENTE NEONATAL. POR LO ANTERIOR, ASUMIMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR CON CAPTURAS DE PANTALLA, CONFIGURADAS PARA PACIENTE NEONATAL Y CON DICHOS MODOS VENTILATORIOS. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>TODOS LOS PUNTOS DEBE SER REFERENCIADOS, EN CASO DE NO CONTAR CON UN PUNTO DE MANERA EXPLICITA, SE DEBERÁ REFERENCIAR A LA IMÁGENES DEL BIEN APOYÁNDOSE EN MANUALES, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, ETC, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PRACTICANTES, ASÍ TAMBIÉN PODRÁ PRESENTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL BIEN SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRA SU EQUIVALENCIA O MEJORA TECNOLÓGICA, DE ACUERDO A LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN FICHA TÉCNICA.</p>
29	<p>RENGLÓN 140, VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO – NEONATAL</p> <p>PUNTO 5.10. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA.</p> <p>PREGUNTA: ASUMIMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA CON UNA CAPTURA DE PANTALLA DEL VENTILADOR. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>TODOS LOS PUNTOS DEBE SER REFERENCIADOS, EN CASO DE NO CONTAR CON UN PUNTO DE MANERA EXPLICITA, SE DEBERÁ REFERENCIAR A LA IMÁGENES DEL BIEN APOYÁNDOSE EN MANUALES, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, ETC, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PRACTICANTES, ASÍ TAMBIÉN PODRÁ PRESENTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL BIEN SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRA SU EQUIVALENCIA O MEJORA TECNOLÓGICA, DE ACUERDO A LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN FICHA TÉCNICA.</p>
30	<p>RENGLÓN 140, VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO – NEONATAL</p> <p>PUNTO 5.15. CÁLCULO DE ÍNDICE DE PRESIÓN TIEMPO...</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "CICLO DE TRABAJO ESPONTÁNEO (TI/TTOTAL)" Y "PRESIÓN INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF)". ¿ES CORRECTO?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
31	<p>RENGLÓN 140, VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO – NEONATAL</p> <p>PUNTO 6.2. PRESIÓN INSPIRATORIA BAJA.</p> <p>PREGUNTA: EN NUESTRO VENTILADOR SE ACTIVA UNA ALARMA LLAMADA "PRESIÓN INICIAL BAJA", DICHA ALARMA ES EQUIVALENTE A LA ALARMA DE PRESIÓN INSPIRATORIA BAJA. ¿SE ACEPTE REFERENCIARLO DE ESTA FORMA?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
32	<p>RENGLÓN 140, VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO – NEONATAL</p> <p>PUNTO 6.3. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE.</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CÚPON CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIAR Dicha ALARMA COMO "CIRCUITO DESCONECTADO". ¿ES CORRECTO?	
33	RENLÓN 140, VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL PUNTO 6.11. VENTILADOR INOPERANTE...	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
34	PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE ACEPTE REFERENCIAR DICHO PUNTO COMO "ALERTA DE DISPOSITIVO, FALLA DE HILO CRÍTICO, FALLA DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE IMPULSO". ¿SE ACEPTA?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
35	RENLÓN 140, VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL PUNTO 8.6. DOS SENSORES DE TEMPERATURA. PREGUNTA: EXISTE UNA MARCA DE HUMIDIFICADOR, QUE NO REQUIERE SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO, NI TAMPOCO DE CABLE CALEFACTOR, DEBIDO A QUE LOS CIRCUITOS DE DICHA MARCA YA TIENEN INTEGRADOS ESOS ELEMENTOS. POR ELLA ASUMIMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR LA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE NUESTRO HUMIDIFICADOR, QUE NO REQUIERE SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO. ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

4.- PROVEEDOR: HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.

A) - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	PUNTO 7.2.1 PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE EN CASO DE QUE EL PAGO SE REALIZO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SE PUEDE PRESENTAR COMO ORIGINAL LA IMPRESIÓN DEL COMPROBANTE QUE SE GENERA LA PLATAFORMA DEL BANCO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	PUNTO 7.1.3 DEBEMOS ENTENDER QUE EL FOLIADO ES SOLAMENTE PARA CONTROL DE DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE EL NO FOLIAR LAS PROPUESTAS NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
3	PUNTO 7.1.4. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO DEBERÁN LLEVAR FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL, LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL LICITANTE, (CARTAS, FORMATOS/ANEXOS, PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA), MÁS NO LOS	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. PUNTO 10: DE LA DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES. 10.1.- SE DESCALIFICARÁ A LOS

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	DOCUMENTOS EMITIDOS POR TERCEROS (DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD, CATÁLOGOS, MANUALES, ETC) ¿ES CORRECTO?	PARTICIPANTES QUE INCURRAN EN ALGUNO(S) DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: 1.- NO FIRMEN DE MANERA AUTÓGRAFA TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO LOS SOBRES QUE LAS CONTENGAN;
4	PUNTO 7.2.12. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA EQUIPO MEDICO DE ORIGEN EXTRANJERO Y PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARA CON PRESENTAR UNO DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS, SEGÚN CORRESPONDA AL PAIS DE ORIGEN Y AL BIEN OFERTADO ¿ES CORRECTO?	PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN EXTRANJERO DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS DE ORIGEN NACIONAL, ADEMÁS DE REGISTRO SANITARIO O DOF, TODO DEBIDAMENTE REFERENCIADO.
5	PUNTO 7.2.12 DEBEMOS ENTENDER QUE ADICIONAL A LA DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS, SE DEBERÁ PRESENTAR EL ISO 9001, QUE ES LA NORMA QUE CERTIFICA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE PROPORCIONA LA INFRAESTRUCTURA, PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA AYUDAR A LAS ORGANIZACIONES A CONTROLAR Y MEJORAR SU RENDIMIENTO Y CONDUCIRLES HACIA LA EFICIENCIA, SERVICIO AL CLIENTE Y EXCELENCIA EN EL PRODUCTO A NOMBRE DEL LICITANTE. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
6	PUNTO 7.3.2. ANEXO 12, CONDICIONES ECONOMICAS DE VENTA, INCISOS A. B. C. D. E. DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERA ESCRIBIR EN CADA INCISO LA LEYENDA "CONFORME A BASES". ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
7	PUNTO 7.2.5 EN CASO DE QUE COMPAREZCA UNA PERSONA DISTINTA A LOS EVENTOS DE JUNTA Y PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE DEBERA ADJUNTAR COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE Y DE A QUIEN SE LE OTORGUE EL PODER. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	RENGLÓN NO 73 OXÍMETRO DE PULSO PUNTO 1.- EQUIPO PORTATIL DE MANO, CON PESO NO MAYOR A 600 GRAMOS, PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI PARA CUMPLIR CON ESTE PODREMOS OFERTAR UN EQUIPO DE RANGO ENTRE 250 A 600 GRAMOS SIN EXCEDER EL MAXIMO QUE ES 600 GRAMOS, QUE ES LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

2	<p>RENGLÓN NO 73 OXÍMETRO DE PULSO</p> <p>PUNTO 2.- SOLICITAN PANTALLA LCD O LED, PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI ESTA PANTALLA DEBERÁ SER TÁCTIL O TOUCH SCREEN PARA SU FÁCIL Y MEJOR E INTUITIVO MANEJO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
3	<p>RENGLÓN NO 73 OXÍMETRO DE PULSO</p> <p>PUNTO 8.- TIEMPO DE OPERACIÓN DE BATERÍAS DE 12 HORAS COMO MÍNIMO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES MARCAS EN EL MERCADO NOS PERMITA OFERTAR UNA BATERIA RECARGABLE CON RESPALDO DE 24 HORAS, CONSIDERANDO ESTO COMO UNA MEJORA TECNOLÓGICA, ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
4	<p>RENGLÓN NO 73 OXÍMETRO DE PULSO</p> <p>PUNTO 9.- CON ALMACENAMIENTO DE DATOS DE MEMORIA.</p> <p>PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA MEMORIA SE REFIERE AL ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
5	<p>RENGLÓN NO 73 OXÍMETRO DE PULSO</p> <p>NO SE MENCIONA EN LA CÉDULA TÉCNICA, PERO CONSIDERAMOS IMPORTANTE ACLARAR SI PARA LOS SENSORES PODEMOS CUMPLIR CON 1(UNO) SENSOR ADULTO/PEDIÁTRICO YA QUE MIDE ESTOS DOS TIPOS DE PACIENTE Y 1 (UNO) SENSOR NEONATAL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
6	<p>RENGLÓN NO 73 OXÍMETRO DE PULSO</p> <p>SI LA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA FAVOR DE ACLARAR LOS TIPOS DE SENSORES QUE SE REQUIEREN Y LAS CANTIDADES</p>	APEGARSE A LA RESPUESTA ANTERIOR
7	<p>RENGLÓN NO 73 OXÍMETRO DE PULSO</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE CONSIDERAR UN INDICADOR DE CONFIANZA EN LA MEDICIÓN DE SPO2 MOSTRADA COMO BARRAS VERTICALES, ACORDE A LA ALTURA PROPORCIONAN UNA EVALUACIÓN INDIVIDUAL PARA CADA PULSACIÓN.</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
8	<p>RENGLÓN NO 73 OXÍMETRO DE PULSO</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE CONSIDERAR PODER AJUSTAR LOS NIVELES DE SENSIBILIDAD PARA PERMITIR AL MÉDICO AJUSTAR LA RESPUESTA DEL OXÍMETRO DE PULSO A LAS NECESIDADES DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL PACIENTE.</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

9	RENGLÓN NO 73 OXÍMETRO DE PULSO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE PARÁMETROS QUE PERMITEN DAR MÁS INFORMACIÓN AL USUARIO EN LA CLÍNICA, COMO ES, EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN (PI), EL ÍNDICE DE VARIABILIDAD PLETISMOGRÁFICA (PVI) Y LA FRECUENCIA RESPIRATORIA DERIVADA DE LA FORMA DE ONDA PLETISMOGRÁFICA (RRP).	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
10	RENGLÓN NO 73 OXÍMETRO DE PULSO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE CONSIDERAR QUE EL EQUIPO PERMITA LA MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES INFERIORES Y SUPERIORES DE CADA UNO DE LOS PARÁMETROS CON LA FINALIDAD DE PODER INDIVIDUALIZAR EN CASO DE SER NECESARIO ACORDE A LA PATOLOGÍA Y/O EDAD.	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
11	RENGLÓN NO 73 OXÍMETRO DE PULSO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE CONSIDERAR QUE EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR EN MODO PARA MONITORIZACIÓN CONTINUA, ASÍ COMO MODO SPOT-CHECK QUE ES VERIFICACIÓN INMEDIATA, ACORDE A LA NECESIDAD DEL ÁREA DONDE SERÁ UTILIZADO EL EQUIPO.	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
12	RENGLÓN NO 73 OXÍMETRO DE PULSO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE CONSIDERAR QUE EL EQUIPO TENGA UNA DURABILIDAD DE BATERÍA DE 24 HORAS, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS PACIENTES QUE NECESITEN UNA MONITORIZACIÓN CONTINUA ACORDE A LA PATOLOGÍA, ÁREA, TRASLADOS, FALTA DE LUZ, ETC.	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
13	RENGLÓN NO 120 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI PARA ESTA PARTIDA LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA CEDULA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MINIMAS REQUERIDAS Y EL OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
14	PARTIDA NO 120 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS PUNTO 6.7. SOLICITAN "CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA." PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI SOLO DEBEMOS DE DEMOSTRAR LA CAPACIDAD DE QUE EL EQUIPO PUEDE REALIZAR DESFIBRILACIÓN	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	INTERNA EN CATALOGOS Y/O MANUALES, PERO SIN CONTEMPLAR INCLUIR PALAS INTERNAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
15	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123, INCUBADORA DE TRASLADO. PUNTO 15.3: ENTENDEMOS QUE SI EL VENTILADOR ES EMPOTRABLE A LA INCUBADORA Y PUEDE QUEDAR PROTEGIDO DENTRO DE UNA CARCASA DEL MISMO MATERIAL QUE EL RESTO DEL EQUIPO, ESTE PODRÁ SER DE MARCA DISTINTA A LA INCUBADORA, SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTEN TODOS LOS DOCUMENTOS DE CALIDAD PROPIOS DEL VENTILADOR. ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTE, EL PUNTO 15.3 DEL RENGLÓN 123, SOLICITA VENTILADOR EMPOTRABLE AL CARRO TRASPORTADOR DEL EQUIPO DE LA MISMA MARCA DE LA INCUBADORA OFERTADA.
16	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 INCUBADORA DE TRASLADO. PUNTO 15.1: ENTENDEMOS QUE UNA FORMA DE ALCANZAR EL FIO2 MÍNIMO DE 21% PUEDE SER ATRAVÉZ DE UN MICROBLENDER FIRMEMENTE INTEGRADO AL EQUIPO E INCLUIDO EN LA PROPUESTA, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA AUTORIDAD ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
17	RENGLÓN 129.- MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PUNTO 10. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE OFERTAR EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS SUGERIMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS DE POR LO MENOS 120 HORAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
18	RENGLÓN 129.- MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PUNTO 11. SOLICITAN DETECCIÓN DE ARRITMIAS BÁSICAS, LO CUAL ES CONTRADICTORIO AL EQUIPO SOLICITADO, YA QUE EL EQUIPO SOLICITADO ES UN MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITE DETECCIÓN DE POR LO MENOS 20 ARRITMIAS, SIENDO ESTA UNA CARACTERÍSTICAS MÁS ACORDE AL EQUIPO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
19	RENGLÓN 129.- MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PUNTO 17. SOLICITAN BATERÍA INTERNA CON POR LO MENOS 3 HORAS DE RESPALDO, DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS ENTRE MÁS PARÁMETROS MONITORIZADOS MENOR ES EL TIEMPO DE RESPALDO, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023· 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	OFERTAR BATERÍA CON POR LO MENOS 2 HORAS DE RESPALDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS EQUIPOS NOS SON DE TRASLADO Y ESTARÁN CONECTADOS A LA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	
20	RENGLÓN 129.- MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PUNTO 23. CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR ESTA CARACTÉRISTICA DE DIFERENTE MARCA ESTO DEBIDO A QUE EN EL MERCADO LA MAYORÍA DE LAS MARCAS NO FABRICAN LAS BASES. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
21	RENGLÓN 130: MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PARA USO CON RESONANCIA MAGNÉTICA. FICHA TÉCNICA CLAVE 531.619.0403. PUNTO 1.- MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MÍNIMO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON PANTALLA DE 10.1 PULGADAS LA CUAL CUMPLE CON LAS NECESIDADES DE VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS SOLICITADAS.	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
22	RENGLÓN 130: MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PARA USO CON RESONANCIA MAGNÉTICA. FICHA TÉCNICA CLAVE 531.619.0403. PUNTO 6.- DETECCIÓN DE MARCAPASOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR ESTE PUNTO DEBIDO A QUE EL MONITOR ES UTILIZADO EN UN AMBIENTE MAGNÉTICO Y NO SE REQUIERE ESTE PARÁMETRO.	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
23	RENGLÓN 130: MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PARA USO CON RESONANCIA MAGNÉTICA. FICHA TÉCNICA CLAVE 531.619.0403. PUNTO 9.1.- AL MENOS 7 CURVAS FISIOLÓGICAS SIMULTÁNEAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR QUE DESPLIEGA HASTA 4 CURVAS FISIOLÓGICAS SIMULTÁNEAS YA QUE LOS PARÁMETROS SOLICITADOS SE CUBREN CON ESTAS 4 CURVAS, ES DECIR NO SE REQUIEREN LAS 7 CURVAS. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
24	RENGLÓN 130: MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PARA USO CON RESONANCIA MAGNÉTICA. FICHA TÉCNICA CLAVE 531.619.0403. PUNTO 9.3.- ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR QUE NO CUENTA CON UN ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST. DEBIDO A QUE ESTE MONITOR SOLO SE OCUPA PARA MONITOREAR LOS	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PARAMETROS PRINCIPALES MIENTRAS SE REALIZA UN ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA, NO PARA UNA LARGA ESTADIA EN UN CAMA, ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	
25	RENGLÓN 130: MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PARA USO CON RESONANCIA MAGNÉTICA. FICHA TÉCNICA CLAVE 531.619.0403. PUNTO 10.5.1.- EN AL MENOS DOS CANALES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTAR UN MONITOR QUE CUENTA CON UN CANAL DE TEMPERATURA, DEBIDO A QUE 2 CANALES DE TEMPERATURA SE OCUPAN EN LAS CAMAS DE CUIDADOS INTENSIVOS, ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
26	RENGLÓN 130: MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PARA USO CON RESONANCIA MAGNÉTICA. FICHA TÉCNICA CLAVE 531.619.0403. PUNTO 21.1.- CANAL ADICIONAL SIMULTANEO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON POSIBILIDAD DE CANAL ADICIONAL (MÓDULO EXTERNO) DE CAPNOGRAFÍA NO SIMULTANEO. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE AL PUNTO 1. MODIFICACIONES, INCISO "B"
27	RENGLÓN 130: MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PARA USO CON RESONANCIA MAGNÉTICA. FICHA TÉCNICA CLAVE 531.619.0403. PUNTO 22.1.- DOS CABLES TRONCALES Y DOS SENSORES TIPO DEDAL Y DOS SENSORES MULTISITIO, AMBOS REUSABLES, PARA OXIMETRÍA DE PULSO. SE SOLICITA AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON TECNOLOGÍA SUPERIOR (POD INALAMBRICO) CON DEDALES REUSABLES MULTISITIO QUE NO REQUIERE CABLES TRONCALES. ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
28	RENGLÓN 130: MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PARA USO CON RESONANCIA MAGNÉTICA. FICHA TÉCNICA CLAVE 531.619.0403. PUNTO 22.4.- DOS CABLES TRONCALES Y DOS CABLES PARA PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO. SE SOLICITA AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON TECNOLOGÍA SUPERIOR (POD INALAMBRICO) CON DOS KITS DE CINCO CABLES DE ECG (ADULTO/PEDIATRICO).	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
29	RENGLÓN 130: MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PARA USO CON RESONANCIA MAGNÉTICA. FICHA TÉCNICA CLAVE 531.619.0403. PUNTO 22.2.- DOS SENSORES REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) Y DOS SENSORES DE TEMPERATURA ESOFÁGICO O RECTAL. AL NO CONTAR CON SENSORES DE TEMPERATURA ESOFÁGICO O RECTAL SE SOLICITA A LA CONVOCANTE	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	OFERTAR 2 SENSORES REUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL O SUPERFICIE.	
30	RENGLÓN 132.- MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADOS PUNTOS 14, 15 Y 17 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITAN OFERTAR ESTOS PUNTOS Y LOS SUB PUNTOS COMO OPCIONALES ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
31	RENGLÓN 132.- MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADOS PUNTO 32 Y 36. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUÉ SISTEMA DE FIJACIÓN REQUIERE, YA QUE EN EL PUNTO 32 SOLICITAN BASE RODABLE Y EN EL PUNTO 36 MONTAJE A PARED. FAVOR DE ACLARAR.	PARA EL RENGLÓN 132 SE OMITE EL PUNTO 36
32	RENGLÓN 132.- MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADOS PUNTO 35 SOLICITAN BATERÍA INTERNA CON POR LO MENOS 3 HORAS DE RESPALDO, DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS ENTRE MÁS PARÁMETROS MONITORIZADOS MENOR ES EL TIEMPO DE RESPALDO, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR BATERÍA CON POR LO MENOS 2 HORAS DE RESPALDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS EQUIPOS NOS SON DE TRASLADO Y ESTARÁN CONECTADOS A LA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
33	PARTIDA NO 134 OXÍMETRO DE PULSO PUNTO 4.- SOLICITAN PANTALLA LCD, LED O MAYOR TECNOLOGÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON PANTALLA LCD TACTIL PARA EL MEJOR Y MAS RAPIDO MANEJO DEL EQUIPO COMO UNA MEJORA TECNOLOGICA, ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
34	PARTIDA NO 134 OXÍMETRO DE PULSO PUNTO 5.- SOLICITAN TECLADO DIGITAL DE MEMBRANA CON SIMBOLOGÍA INTERNACIONAL O EN ESPAÑOL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON PANTALLA LCD TACTIL QUE DESPLIEGA TECLADO DIGITAL TACTIL EN PANTALLA YA QUE ESTO PERMITE CONTAR CON TECNOLOGÍA DE ULTIMA GENERACION Y PERMITE TENER UN MANEJO DEL EQUIPO MUCHO MAS RÁPIDO E INTUITIVO, ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
35	PARTIDA NO 134 OXÍMETRO DE PULSO PUNTO 7.- SOLICITAN TENDENCIAS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO, PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODREMOS OFERTAR TENDENCIAS DE 96 HORAS, SIENDO ESTO UNA MEJORA TECNOLÓGICA, ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERLEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
36	PARTIDA NO 134 OXÍMETRO DE PULSO PUNTO 18.- SOLICITAN BATERÍA RECARGABLE INTERCONSTRUÍDA DE MÍNIMO 5 HORAS DE OPERACIÓN, PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODREMOS OFERTAR UNA BATERÍA RECARGABLE DE 7 HORAS, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA, ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERLEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
37	PARTIDA NO 134 OXÍMETRO DE PULSO PUNTO 20.1.- SOLICITAN "DOS SENSORES DEDAL REUSABLE PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO.", PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI DEBEMOS DE ENTENDER QUE SOLICITAN UN SENSOR DEDAL PARA PACIENTES ADULTOS Y UN SENSOR DEDAL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
38	PARTIDA NO 134 OXÍMETRO DE PULSO PUNTO 20.1.- SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES NEGATIVA FAVOR DE ACLARAR SU SOLICITUD.	APEGARSE A RESPUESTA ANTERIOR
39	PARTIDA NO 135 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 10.1 SOLICITAN "DOS MONITORES DE 21" O MAYOR CON RESOLUCIÓN DE 1000 X 1000 PIXELES." SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES MARCAS EN EL MERCADO NOS PERMITAN OFERTAR MONITORES DE 19 PULGADAS EN DIAGONAL O MAYOR, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA PERMITE LA VISUALIZACIÓN CORRECTA DE LAS IMÁGENES DURANTE LOS ESTUDIOS, ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
40	PARTIDA NO 135 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 10.6.- SOLICITAN CUANTIDICACIÓN CORONARIA", CONSIDERAMOS QUE HAY UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓN Y DEBERÍA DE SER CUANTIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

41	PARTIDA NO 135 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 11.4.- SOLICITAN " UN MANDILE PLOMADO" CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓN Y DEBERÍA DE SER " UN MANDIL EMPLOMADO", ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION"	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
42	PARTIDA NO. 141 "VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO" PUNTO 2.4 COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE ALTITUD: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON EL RANGO DE ALTITUD EN QUE PUEDE TRABAJAR NUESTRO EQUIPO YA QUE DURANTE ESE RANGO DE ALTITUD NUESTRO EQUIPO NO REQUIERE AJUSTE ALGUNO.	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
43	PARTIDA NO. 141 "VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO" 2.7 ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA: EN EL PUNTO 7.2 SOLICITAN BASE RODABLE CON BRAZO DE SOPORTE Y ADAPTADOR PARA COLOCAR TANQUE DE OXÍGENO: DEBEMOS ENTENDER QUE TENEMOS QUE OFERTAR LA BASE RODABLE, Y OMITIR EL SOPORTE PARA CAMILLA, ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
44	PARTIDA NO. 141 "VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO" 8.1 CINCO CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA): SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITOS DESECHABLES PARA CUMPLIR EN ESTE PUNTO, YA QUE LOS CIRCUITOS REUSABLES POR RECOMENDACIONES DE AUTORIDADES DE SALUD SE DEBEN DE IR EVITANDO, SE ACEPTE.?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEAN 10 PIEZAS.
45	PARA TODAS LAS PARTIDAS BASES DE LA LICITACIÓN INCISO 7.2.6. DCE"...DEBRÁN PRESENTAR MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS ILUSTRATIVOS EMITIDOS DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE, QUE RESPALDEN, DEBIDAMENTE REFERENCIADO AL ANEXO 2 " ENTENDEMOS QUE SI EL CATÁLOGO TÉCNICO EMITIDO POR EL FABRICANTE CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REFERENCIAR DEBIDAMENTE EL BIEN, NO SERÁ NECESARIO INCLUIR ADEMÁS DE DICHO DOCUMENTO MANUAL DE OPERACIONES O FOLLETOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA, Y SERÁ SUFFICIENTE CON QUE DICHO DOCUMENTO VENGA CORRECTAMENTE REFERENCIADO CON TODOS LOS PUNTOS PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
46	PARA TODAS LAS PARTIDAS EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA EN SENTIDO NEGATIVO, ENTENDEMOS QUE PARA REDUCIR EL NUMERO DE HOJAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA SERÁ POSIBLE PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS DEL MANUAL DE OPERACIONES, O FOLLETO O CATÁLOGO QUE TENGA REFERENCIADAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES. ¿ES CORRECTO?	APEGARSE A RESPUESTA ANTERIOR.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

5.- PROVEEDOR: DIMSA INTERPRETACION MÉDICA S.A. DE C.V.

A) - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>NUMERAL 7.2.6 – CATÁLOGOS</p> <p>CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL VOLUMEN O CANTIDAD DE HOJAS IMPRESAS A INTEGRAR EN LA PROPUESTA; SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR SÓLO LA PORTADA Y LAS HOJAS REFERENCIADAS DE LOS MANUALES Y CATÁLOGOS, COMPROMETIÉNDONOS A ENTREGARLOS COMPLETOS EN UNA MEMORIA USB. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTE, SIEMPRE Y CUANDO SE IDENTIFIQUE A QUE FABRICANTE CORRESPONDE EL MANUAL, ASÍ COMO SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
2	<p>NUMERAL 7.2.10 – CARTA DE RESPALDO</p> <p>DEBIDO AL TIEMPO PARA OBTENER EL DOCUMENTO DEL FABRICANTE EXTRANJERO; SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, EN EL CASO DE FABRICANTES EXTRANJEROS, SE PERMITA PRESENTAR COPIA DE LA CARTA ESCANEADA A COLOR. ADJUNTANDO CARTA COMPROMISO QUE DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGAREMOS LA CARTA ORIGINAL. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO ESTIPULADO EN BASES
3	<p>7.2 – NOTA IMPORTANTE</p> <p>DICE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007 CONFORME A LOS RENGLONES ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO EDITABLE WORD.</p>	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
4	<p>7.2 – NOTA IMPORTANTE</p> <p>DICE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007 CONFORME A LOS RENGLONES ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN LA MEMORIA USB O CD/DVD ÚNICAMENTE SE DEBERÁN GUARDAR LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES AL ANEXO 2 Y LOS CATÁLOGOS COMPLETOS.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
5	<p>7.3 – NOTA IMPORTANTE</p> <p>DICE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA ECONÓMICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007 CONFORME A LOS RENGLONES ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.</p>	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 11) EN FORMATO EDITABLE WORD.	
6	<p>7.3 - NOTA IMPORTANTE</p> <p>DICE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB O CD/DVD, LA PROPUESTA ECONÓMICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007 CONFORME A LOS RENGLONES ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN LA MEMORIA USB O CD/DVD ÚNICAMENTE SE DEBERÁ GUARDAR EL ANEXO 11.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
7	<p>NUMERAL 1.5.1. PLAZO DE ENTREGA.</p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS SON DE ORIGEN EXTRANJERO Y POR LOS TIEMPOS DE TRASLADO INTERNACIONAL Y LIBERACIÓN ADUANAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE AMPLÍE LOS PLAZOS DE ENTREGA A 40 DÍAS HÁBILES. ¿SE ACEPTE?</p>	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
8	<p>FICHA TÉCNICA</p> <p>RENGLÓN 36 – ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL</p> <p>PUNTO 11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO</p> <p>PREGUNTA: DADO QUE EL BIEN QUE SE OFERTA ES DE BAJO GRADO DE COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR NUESTRO FABRICANTE, ESTE REQUISITO SEA OPCIONAL, DADO QUE SOLAMENTE SE REQUIERE DE UNA RUTINA DE LIMPIEZA PERIÓDICA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ACOMPAÑANDO LO ANTERIOR CON UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE INDICANDO QUE EL EQUIPO NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ¿SE ACEPTE?</p>	NO SE ACEPTE, DEBERÁ APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE LAS FICHAS TÉCNICAS.
9	<p>FICHA TÉCNICA</p> <p>RENGLÓN 36 – ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL</p> <p>PUNTO 12.- NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2015 O FDA O CE E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS), CONFORME A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTE?</p>	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS.
10	<p>FICHA TÉCNICA</p> <p>RENGLÓN 36 – ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL</p> <p>PUNTO 13.- MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO MANUAL DE USUARIO CON INSTRUCCIONES DE USO</p>	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	EN IDIOMA ESPAÑOL, YA QUE DADA LA COMPLEJIDAD DEL EQUIPO NO SE REQUIERE MANUAL DE SERVICIO, ¿SE ACEPTA?	
11	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 43 - ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE PUNTO 13.- NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2015 O FDA O CE E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS), CONFORME A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS.
12	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 135 - RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 1.2 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN RANGO DE KILOVOLTAGE DE 40 KV A 120 KV, CUYO RANGO CUBRE TODO TIPO DE PACIENTES DONDE SE REQUIERE MAYOR PENETRACIÓN, SIN DEMERITAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
13	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 135 - RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 1.3 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FLUOROSCOPIA PULSADA EN EL RANGO DE 0.4 MA A 100 MA, CON LO CUAL SE PUEDEN REALIZAR TODAS LAS EXPOSICIONES EN MODALIDAD DE FLUOROSCOPIA YA QUE LA DIFERENCIA NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS CON ALTA RESOLUCIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
14	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 135 - RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 3.5 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO WIG WAG 12°, LO QUE ES EQUIVALENTE AL MOVIMIENTO LATERAL O PANORÁMICO, JUNTO CON IMÁGENES QUE DEMUESTREN LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
15	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 135 - RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 4.1 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CONVERSIÓN A/D. LO CUAL ES EQUIVALENTE A LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN O PROFUNDIDAD ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL VALOR EN BITS SEA IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO
16	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 135 - RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 4.3 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TAMAÑO DEL DETECTOR DE 301MM X 301MM, PERMITIENDO TENER	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	UNA COBERTURA DE PACIENTE Y ÁREA ANATÓMICA SUFICIENTE PARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO ¿SE ACEPTA?	
17	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 135 - RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 10 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERIR ESTE PUNTO COMO "ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN", LO QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, JUNTO CON IMÁGENES EN EL CATÁLOGO QUE DEMUESTRAN LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
18	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 135 - RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 10.1 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS MONITORES DE 21.5" CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
19	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 135 - RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 10.2 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA DE PANEL TÁCTIL PARA EL CONTROL DE PROCESOS, QUE TIENE UN TECLADO DIGITAL EN PANTALLA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
20	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 135 - RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 10.5 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FUNCIONES PARA IDENTIFICAR AUTOMÁTICAMENTE EL CONTORNO DE UN VASO Y CALCULAR LAS DIVERSAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTENOSIS, ENTRE ELLAS (DIÁMETROS DE REFERENCIA, DIÁMETROS DENTRO DE LA SECCIÓN CONSIDERADA, DIÁMETRO Y PORCENTAJE MEDIOS DE LA ESTENOSIS) ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
21	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 135 - RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 10.6 PREGUNTA: CUANTIFICACIÓN CORONARIA Y VASCULAR, ANÁLISIS VENTRICULAR CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD-R O DVD EN FORMATO DICOM SE DEBERÁ INCLUIR UN VISOR DICOM SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR ÉSTA CARACTERÍSTICA COMO OPCIÓN DE CRECIMIENTO, Y FUNCIONES ESTÁNDAR DE SOFTWARE VASCULAR CON ANÁLIS DE ESTENOSIS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

22	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 135 - RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 11.3 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 10 CUBIERTAS ESTÉRILES PARA TUBO Y ARCO, COMO ALTERNATIVA DE LO SOLICITADO PARA LA DISPONIBILIDAD DEL CAMPO POR PACIENTE ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
23	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 135 - RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" PUNTO 16.2.3 PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO SOLO ES NECESARIO PRESENTAR ISO 13485 DEL FABRICANTE O FDA O HEALTH CANADÁ O CE O JIS?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL ORIGEN DEL EQUIPO.
24	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 122 - INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES PUNTO 3.2.- CON INDICADOR DE LA POTENCIA Y ENCENDIDO DEL CALEFACTOR. PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
25	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 122 - INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES PUNTO 3.3.- CON PRECALENTAMIENTO MÍNIMO DE 5 MINUTOS AL 100%. PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON EL PRECALENTAMIENTO DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO NO PASE DE 20 MINUTOS.
26	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 122 - INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES PUNTO 8.4.- DOS FILTROS DE OXÍGENO COMPATIBLES CON EL EQUIPO Y DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTADA. PREGUNTA: YA QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN FILTRO DE OXÍGENO INTERCONSTRUIDO, EL CUAL NO REQUIERE UN CAMBIO CONSTANTE, DISMINUYENDO LOS COSTOS Y HACIENDO EFICAZ EL USO DE LOS RECURSOS INCLUIDOS. ADEMÁS DE QUE SE EVITARÁ LA FÁCIL EXTRACCIÓN DE ESTE ACCESORIO POR PERSONAS AJENAS A LA UNIDAD, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN FILTRO DE OXÍGENO INTERCONSTRUIDO CON POSIBILIDAD DE RECAMBIO EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN CASO DE SER NECESARIO Y SI ES QUE APLICA. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
27	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 - INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 10.3 - CON AJUSTE DE TEMPERATURA AUTORREGULABLE DEL PACIENTE. PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE, DURANTE EL TRANSPORTE EL MODO DE TEMPERATURA	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	DE AIRE Y LA MONITORIZACIÓN DE LA PIEL DEL PACIENTE, ES MÁS QUE SUFFICIENTE PARA BRINDAR UN AMBIENTE TERMORREGULADO ESTABLE PARA EL BEBÉ. ¿SE ACEPTE?	
28	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 – INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 11.1.- DESPLIEGUES DIGITALES DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TEMPERATURA DE AIRE Y TEMPERATURA DE CONTROL. PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS QUE CONTENGAN SOLO EL DESPLIEGUE DIGITAL DE LA TEMPERATURA DEL AIRE JUNTO CON LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
29	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 – INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 13.6.- CON CARRO RODABLE Y PLEGABLE CON CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA) Y AEREO. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBEN CONTAR CON LA NORMATIVA NECESARIA PARA PODER TRASLADARSE POR AMBULANCIAS TERRESTRES Y AÉREAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
30	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 – INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 15.1.4.- TIEMPO INSPIRATORIO: LÍMITE INFERIOR 0.25 O MENOR, LÍMITE SUPERIOR 3. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TIEMPO INSPIRATORIO: LÍMITE INFERIOR 0.25 O MENOR. LÍMITE SUPERIOR 2.0 O MAYOR, LOS CUALES SON VALORES ADECUADOS PARA BRINDAR UN SOPORTE ADECUADO A PACIENTES NEONATALES. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
31	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 – INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 15.2.- SEGURO DEL PANEL DE CONTROL O MEDIO PARA EVITAR CAMBIOS NO DESEADOS. PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
32	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 – INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 15.3.- VENITLADOR DE LA MISMA MARA QUE LA INCUBADORA EMPOTRABLE AL CARRO TRANSPORTADOR DEL EQUIPO OFERTADO. PREGUNTA: YA QUE EL TRASLADO PARA UN BEBÉ MERECE CONTAR CON LOS CUIDADOS MÁS EXTREMOS PARA QUE ESTOS IMPACTEN POSITIVAMENTE EN SU DESARROLLO Y CRECIMIENTO, Y PARA EVITAR ACCIDENTES Y VOLCAMIENTOS DE EQUIPOS MÉDICOS, SE ENTIENDE QUE EL VENTILADOR DEBE SER INTERCONSTRUIDO AL CARRO TRANSPORTADOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
33	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 – INCUBADORA DE TRASLADO	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PUNTO 15.4.2.- SIMV. PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTE?	
34	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 - INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 15.5.3.- FRECUENCIA RESPIRATORIA. PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
35	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 - INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 15.5.5.- RELACIÓN I:E. PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
36	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 – INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 15.6.1.- PRESIÓN INSPIRATORIA: ALTA Y BAJA: PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ALARMA DE PRESIÓN INSPIRATORIA: ALTA. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
37	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 – INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 15.6.2.- PEEP O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
38	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 – INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 15.6.3.- FRECUENCIA RESPIRATORIA. PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
39	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 – INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 15.6.4.- FALLA DEL VENTILADOR O INOPERANTE. PREGUNTA: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES, SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
40	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 123 – INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 15.8.- DOS CIRCUITOS REUSABLE NEONATAL Y 10 CIRCUITOS DESECHABLES NEONATAL.	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR INFECCIONES NOSOCOMIALES, LAS CUALES TIENEN COMO CONSECUENCIA UNA ESTANCIA HOSPITALARIA MÁS AMPLIA DE UN PACIENTE Y UN AUMENTO DE COSTOS AL INSTITUTO/HOSPITAL, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 20 CIRCUITOS NEONATALES DESECHABLES EN LUGAR DE LOS DOS CIRCUITOS REUSABLE NEONATAL. ¿SE ACEPTE?	
41	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 125 – LÁMPARA QUIRÚRGICA DE EMERGENCIA PORTÁTIL LED PUNTO 4.3 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4400 A 5600 KELVIN, LO CUAL SE TRADUCE EN UN RANGO DE ILUMINACIÓN QUE NO GENERA DISTORSIONES CROMÁTICAS EN CAVIDADES INTERNAS DEL PACIENTE.	APEGARSE A LAS MODIFICACIONES DE LAS PRESENTES BASES
42	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 125 – LÁMPARA QUIRÚRGICA DE EMERGENCIA PORTÁTIL LED PUNTO 4.5.1 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DIÁMETRO DE CAMPO DE 20 [CM], EL CUAL ES UN VALOR SUFICIENTE PARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.	APEGARSE A LAS MODIFICACIONES DE LAS PRESENTES BASES
43	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 125 – LÁMPARA QUIRÚRGICA DE EMERGENCIA PORTÁTIL LED PUNTO 5.2 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 3 HORAS, EL CUAL ES UN VALOR SUFICIENTE PARA CONCLUIR UNA CIRUGÍA, EN CASO DE EMERGENCIA DEBIDO A LA INTERRUPCIÓN O FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DEL HOSPITAL.	APEGARSE A LAS MODIFICACIONES DE LAS PRESENTES BASES
44	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 129 – MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PUNTO 14.3 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EL PUNTO REFIERE A ALARMAS DEL LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DEL VALOR DE CO2, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
45	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 129 – MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PUNTO 14.4 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS REUSABLE Ó 20 ADAPTADORES DE VÍAS AÉREAS DESECHABLES, ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
46	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 129 – MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO PUNTO 22.4 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS ACCESORIOS DE ECG NEONATAL DE ACUERDO CON TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, MIENTRAS SE GARANTICE LA CORRECTA MONITORIZACIÓN DEL PARÁMETRO, ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.


ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

47	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 131 – MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE PUNTO 21.4 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS ACCESORIOS DE ECG NEONATAL DE ACUERDO CON TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, MIENTRAS SE GARANTICE LA CORRECTA MONITORIZACIÓN DEL PARÁMETRO, ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
48	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 132 – MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO PUNTO 14.2 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITORIZACIÓN DEL BORDE MEDIO Y ESPECTRAL, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIA DELTA, TETA, ALFA Y BETA, COMO ALTERNATIVA AL ARREGLO ESPECTRAL COMPRIMIDO O ÍNDICE ESPECTRAL DE EEG, ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
49	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 132 – MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO PUNTO 17 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
50	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 132 – MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO PUNTO 18 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE POR LO MENOS 24 HORAS DE TODOS LOS PARÁMETROS, SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
51	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 132 – MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO PUNTO 30.8 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ACCESORIOS PARA MONITORIZACIÓN MICROSTREAM DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, MIENTRAS SE MANTENGA LA CORRECTA MONITORIZACIÓN, ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
52	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 132 – MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO PUNTO 32	PARA EL RENGLÓN 132 SE OMITE EL PUNTO 36

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PREGUNTA: DADO QUE EL PUNTO 36 DE LA FICHA SOLICITA SISTEMA PARA FIJACIÓN DEL MONITOR MONTAJE A PARED, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTE?	
53	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 132 - MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO PUNTO 33 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTAR ESTE PUNTO A FUTURO, MIENTRAS SE DEMUESTRE LA FUNCIONALIDAD MEDIANTE MANUALES Y/O BROCHURES, ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
54	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 133 - MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO PUNTO 22.4 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS ACCESORIOS DE ECG NEONATAL DE ACUERDO CON TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, MIENTRAS SE GARANTICE LA CORRECTA MONITORIZACIÓN DEL PARÁMETRO, ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
55	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 138 - UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD PUNTO 3.1.1- CONTROL DE AJUSTE EN PANTALLA O CONTROL MANUAL DEL FLUJO TOTAL DEL GAS FRESCO Y DESPLIEGUE DE LA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON CONTROL DE AJUSTE PARA CADA GAS DE FORMA INDIVIDUAL CON REPRESENTACIÓN DE FLUJÓMETRO VIRTUAL EN PANTALLA, LO CUAL NO AFECTA NI ALTERA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
56	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 138 - UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD PUNTO 3.2.- CON MEZCLADOR ELECTRÓNICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON MEZCLADOR MECATRÓNICO, EL CUAL PERMITE REALIZAR LAS MEZCLAS DE GAS FRESCO REQUERIDA PARA EL PACIENTE CON UNA REPRESENTACIÓN VIRTUAL EN LA PANTALLA DEL DISPOSITIVO, ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
57	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 138 - UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD PUNTO 5.4.5.- VENTILACIÓN POR PRESIÓN CON VOLUMEN GARANTIZADO, VCRP O AUTOFLOW. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA DAR ESTE PUNTO COMO OPCIÓN A FUTURO, TOMANDO EN CUENTA QUE LOS MODOS MÁS UTILIZADOS EN CIRUGÍAS SON VC Y PC, ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
58	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 138 - UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD PUNTOS 13, 13.1 Y 13.2.	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA DAR ESTOS PUNTOS COMO OPCIONAL, TOMANDO EN CUENTA QUE EL ANÁLISIS DE EEG ES MUY POCO UTILIZADO EN QUIRÓFANO, ¿SE ACEPTE?	
59	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 138 - UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD PUNTOS 14.3.- MASCARILLA TRANSPARENTE REUSABLE, ESTERILIZABLE LIBRE DE LÁTEX: UNA DE 1L, UNA DE 2L Y UNA DE 3L. PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR 25 MASCARILLAS DESECHABLES POR CADA TAMAÑO SOLICITADO, ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
60	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 139 - UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTOS 1.5.- CAJONES: DOS COMO MÍNIMO PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON UN CAJÓN CON CERRADURA EL CUAL PERMITE TENER UN RESGUARDO ADECUADO DE MEDICAMENTOS O INSTRUMENTOS PROPIOS DEL QUIRÓFANO, SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
61	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 139 - UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTOS 1.11.- REGULADORES DE SUCCIÓN: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA DAR ESTOS PUNTOS COMO OPCIONAL TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE PUNTO NO SE ENCUENTRA EN LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CENETEC PARA ANESTESIA INTERMEDIA, SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
62	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 139 - UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTOS 14.4.- MASCARILLA TRANSPARENTE REUSABLE, ESTERILIZABLE LIBRE DE LÁTEX: PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR 25 MASCARILLAS DESECHABLES POR CADA TAMAÑO SOLICITADO, SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
63	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 140 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTOS 2.6.- CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL VENTILADOR DEBERÁ COMPENSAR HASTA EL 100% DE LAS FUGAS REGISTRADAS, TANTO EN VENTILACIÓN INVASIVA COMO NO INVASIVA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIAÇÃO.
64	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 140 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTOS 2.9.- CON SISTEMA DE AUTOSUMINISTRO DE AIRE (COMPRESOR, TURBINA, PISTÓN O SOPLADOR (BLOWER)).	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, CON EL FIN DE NO ENCARECER LA OFERTA DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTE?	
65	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 140 – VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTOS 3.1.- VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 50 A 2000 ML. PREGUNTA: EL TÍTULO DE LA FICHA TÉCNICA HACE REFERENCIA A UN VENTILADOR PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, SIN EMBARGO EL RANGO DEL VOLUMEN CORRIENTE NO ES ADECUADO PARA LOS PACIENTES NEONATALES. ENTENDEMOS QUE EL RANGO INFERIOR DEBERÍA SER AL MENOS 2 ML. ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
66	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 140 – VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTOS 4.7.- VENTILACIÓN NO INVASIVA PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA VENTILACIÓN NO INVASIVA ABARCA TANTO LA VENTILACIÓN CON MASCARILLA COMO LA TERAPIA DE ALTO FLUJO DE OXÍGENO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
67	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 140 – VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTOS 5.19.- CÁLCULO O MEDICIÓN DE LOS PUNTOS DE INFLEXIÓN EN EL LAZO DE VOLUMEN VS PRESIÓN. PREGUNTA: LA MEDICIÓN DE PUNTOS DE INFLEXIÓN SE DEBE REALIZAR EN UN BUCLE DE VOLUMEN-PRESIÓN CONSTRUIDO MEDIANTE LA TÉCNICA DE FLUJO BAJO, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ CONTAR CON ESTA HERRAMIENTA. ¿ES CORRECTO?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
68	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 140 – VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTOS 5.21.- CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 5 DÍAS. PREGUNTA: CON EL FIN DE PODER ABARCAR LA MAYORÍA O LA TOTALIDAD DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DE LOS PACIENTES Y PODER RECABAR TODA LA	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	INFORMACIÓN VENTILATORIA NECESARIA, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS 31 DÍAS DE TENDENCIAS. ¿ES CORRECTO?	LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
69	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 140 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTOS 8.1.- DOS CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE OFERTAR DIEZ CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
70	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 140 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTOS 8.2.- DOS CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE OFERTAR DIEZ CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
71	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 140 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTOS 8.4.- DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ DESECHABLES ADULTO/PEDIÁTRICO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE OFERTAR DIEZ CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES ADULTO/PEDIÁTRICO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
72	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 140 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTOS 8.5.- DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES NEONATALES O DIEZ DESECHABLES. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE OFERTAR DIEZ CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES NEONATALES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
73	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 140 - VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL PUNTOS 8.7.- DOS FILTROS DE BACTERIAS REUSABLES. PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES, ENTENDEMOS QUE PODREMOS OFERTAR 10 FILTROS DESECHABLES POR CADA FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE REQUERIDO. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

74	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 141 – VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTOS 1.1.- TIPO LCD, LCD-TFT O TFT O LED. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA PANTA TIPO LCD, LCD-TFT, TFT, LED O ELECTROLUMINISCENTE. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
75	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 141 – VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTOS 1.2.- A COLOR. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA PANTALLA A COLOR O MONOCROMÁTICA.	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
76	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 141 – VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTOS 1.3.- TAMAÑO MÍNIMO DE 5.7" O MAYOR. PREGUNTA: DADO QUE EL VENTILADOR SE UTILIZARÁ EN SITUACIONES DE TRASLADO Y ES NECESARIO QUE EL EQUIPO SEA PORTÁTIL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA DE 4.7". ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
77	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 141 – VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTOS 3.3.- PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 60 CMH20 COMO MÍNIMO. PREGUNTA: CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA VENTILACIÓN PROTECTORA Y NO CAUSAR DAÑO POR SOBREPRESIÓN AL PACIENTE, PODREMOS OFERTAR VENTILADOR CON LÍMITE SUPERIOR DE 55 CMH20. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
78	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 141 – VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTOS 3.11.- SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE LA VENTILACIÓN DE TRASLADO SE REQUIERE PARA ESTABILIZAR AL PACIENTE Y LOSA JUSTES COMO SENSIBILIDAD NO SON NECESARIOS PARA ESTE FIN. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
79	FICHA TÉCNICA RENGLÓN 141 – VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTOS 4.2.- VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VENTILACIÓN EN DOS NIVELES DE PRESIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN. ¿SE ACEPTE?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
80	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 141 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTOS 4.4.- PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN SOPORTE EN LOS MODOS VENTILATORIOS PC-BIPAP Y VC-SIMV. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p> <p>✓</p>
81	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 141 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTOS 5.11.- CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD Y/O RESISTENCIA.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE ESTAS MEDICIONES SE REQUIEREN PARA PACIENTES VENTILADOS CON ESTANCIAS PROLONGADAS EN EL HOSPITAL, QUE NO ES EL CASO CON LOS PACIENTES DE TRASLADO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.</p> <p>X</p>
82	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 141 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTOS 5.14.- DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA</p> <p>PREGUNTA: DADO QUE EL EQUIPO A OFERTAR SERÁ UTILIZADO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA DONDE LA PRIORIDAD ES DAR LA VENTILACIÓN AL PACIENTE Y SECUNDARIO LA VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DESPLIEGUE DE 1 CURVA DE VENTILACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.</p> <p>✓</p>
83	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 141 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTOS 5.14.1.- VOLUMEN-TIEMPO</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE, EN LA VENTILACIÓN MECÁNICA Y SOBRE TODO LA DE TRASLADO, GENERALMENTE EL VOLUMEN PROGRAMADO NO TIENE VARIACIONES DURANTE EL CICLO VENTILATORIO POR LO QUE LA VISUALIZACIÓN DE LA CURVA DE VOLUMEN NO ES PRIMORDIAL. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.</p> <p>✓</p>
84	<p>FICHA TÉCNICA RENGLÓN 141 - VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO PUNTOS 6.7.- FIO2 ALTA Y BAJA</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p> <p>✓</p>

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A NUESTRA NOMENCLATURA, QUE ES "VERIFICAR AJUSTES DE FIO2". ¿SE ACEPTE?	
--	---	--

6.- PROVEEDOR: CONDUIT LIFE S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO LEGAL

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	PUNTO 7.2.15. [...] ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DE LA DECLARACIÓN MENSUAL OBLIGATORIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (DECLARACIÓN MENSUAL), DEL MES INMEDIATO ANTERIOR. PREGUNTA: YA QUE EL LÍMITE PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ES EL DÍA 17 DE CADA MES; Y CON LA FINALIDAD DE PODER INTEGRAR NUESTRA OFERTA Y ENTREGARLA A TIEMPO; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA PRESENTAR LA DECLARACIÓN MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, ACOMPAÑÁNDOLA DE SU COMPROBANTE DE PAGO. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	PUNTO 7.3. [...] LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB, LA PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 11) EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007 ... PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR EL ANEXO 11 EN LA USB EN FORMATO PDF Y FORMATO EDITABLE WORD, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR EL MANEJO DEL ANEXO. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	PUNTO 7.2.6. [...] DEBERÁ PRESENTAR MANUALES, CATALOGOS Y/O FOLLETOS ILUSTRATIVOS EMITIDOS DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS CON LA INFORMACIÓN DESCRITA EN EL ANEXO N° 2, [...] PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR DE FORMA IMPRESA ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE LOS MANUALES, CATALOGOS Y/O FOLLETOS ILUSTRATIVOS, UTILIZADAS PARA REFERENCIAR LOS PUNTOS DESCritos EN EL ANEXO 2, SIEMPRE Y CUANDO EN LA USB SE PRESENTEN LOS MANUALES, CATALOGOS Y/O FOLLETOS ILUSTRATIVOS COMPLETOS. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIEMPRE Y CUANDO SE IDENTIFIQUE A QUE FABRICANTE CORRESPONDE EL MANUAL, ASÍ COMO SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
2	PUNTO 7.2.6. [...] EN LA USB DEBERÁ CONTENER: ANEXO N° 2, CON IMAGEN, MANUALES... PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR EL ANEXO N° 2 EN LA USB EN FORMATO PDF Y FORMATO EDITABLE WORD, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR EL MANEJO DEL ANEXO. ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	PUNTO 7.2.25.- LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR FOTOCOPIAS LEGIBLES DE 2 CONTRATOS COMO MÍNIMO. PREGUNTA: SE REFIERE A QUE SE DEBERÁN ENTREGAR COPIA DE 2 CONTRATOS POR EL TOTAL DE LA PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".




2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

4	<p>RENGLÓN 140. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL. PUNTO 3.4 FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 3 A 150 RPM. PREGUNTA: DE ACUERDO A LO REFERENCIADO EN LA STANFOR MEDICINE CHILDREN HEALTH, LAS EVALUACIONES DE LOS RECIÉN NACIDOS EL VALOR DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA NORMALMENTE OSCILA EL RANGO ENTRE LAS 40 Y LAS 60 RESPIRACIONES POR MINUTO EN EL PERÍODO DE RECIÉN NACIDO, DE ACUERDO A LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO INFERIOR DE FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 10 RPM, LA CUAL SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL TABULADOR ANTES MENCIONADO, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA? EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA, SOLICITO A LA CONVOCANTE EXPLIQUE MEDICAMENTE Y TÉCNICAMENTE LOS VALORES DE FRECUENCIA RESPIRATORIA SOLICITADOS EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p>
5	<p>RENGLÓN 140. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL. PUNTO 4.6. VENTILACIÓN REGULADA POR PRESIÓN Y CON GARANTÍA EN VOLUMEN MANUAL O AUTOMÁTICA. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE DE OFERTAR EL MODO VENTILATORIO: VENTILACIÓN REGULADA POR PRESIÓN CON UNA GARANTÍA DE VOLUMEN MANUAL O AUTOMÁTICA EN ASISTO CONTROL Y SIMV, ADEMÁS DE UN VOLUMEN GARANTIZADO PRVC, VENTILACIÓN VOLUMEN PLUS, APV O VSYNC, SOLICITAMOS PODER OFERTAR MODOS VENTILATORIOS ADAPTATIVOS PROVENT: "ESTE TIPO DE MODO DE VENTILACIÓN INCLUYE SOPORTE RESPIRATORIO INTELIGENTE ADAPTANDO AUTOMÁTICAMENTE EL RESPIRADOR A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE, LO QUE PROPORCIONA EL SUMINISTRO DEL VOLUMEN CORRIENTE DESEADO PARA CADA RESPIRACIÓN." Y ADVENT: "SOPORTAR VENTILACIÓN MINUTO DETERMINADA POR EL OPERADOR INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTADO DE ACTIVIDAD DEL PACIENTE." PROPIOS DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA? EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA, SOLICITO A LA CONVOCANTE EXPLIQUE MEDICAMENTE Y TÉCNICAMENTE EL MODO VENTILATORIO SOLICITADO EN ESTE PUNTO.</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p>
	<p>RENGLÓN 140. VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL. PUNTO 5.21 CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS AL MENOS 5 DÍAS, PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE MODIFIQUE EL PERÍODO DE TIEMPO SOLICITADO AL MENOS DE 72 HORAS LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PERMITE UNA LIBERACIÓN DE LA MEMORIA RAM. ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.</p>
	<p>RENGLÓN 141, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO- ADULTO PUNTO 2.10.- PESO NO MAYOR DE 7 KG INCLUIDA LA BATERÍA, PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ACEPTE UN PESO MÁXIMO DE 8 KG DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.</p>

7.-PROVEEDOR: INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MÉDICA S.A. DE C.V.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

A) DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	RENGLON 118 PUNTO 1.1 LONGITUD TOTAL DE 230 CM +/- 10%. ACEPTAN AMABLEMENTE OFERTEMOS UN MODELO CON LONGITUD DE 187 CM, YA QUE ESTO NO AFECTA EN SU PROPÓSITO DE BRINDAR A LA PACIENTE COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA EL PARTO HUMANIZADO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
2	RENGLON 118 PUNTO 1.2 ANCHO TOTAL DE 100 CM +/- 10%, CON BARANDALES ARRIBA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA LA CONVOCANTE PARTICIPAR CON UNA CAMA PARA PARTO DE 89 CM DE ANCHO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
3	RENGLON 118 PUNTO 2.1 ALTURA VARIABLE DE 45 A 85 CM COMO MÍNIMO. NOS PERMITIMOS SOLICITAR OFERTAR UNA ALTURA VARIABLE DE 56.5 A 92 CM, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
4	RENGLON 118 PUNTO 2.3 MOVIMIENTO PÉLVICO DE 4 GRADOS O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS ACLAREN A QUE SE REFIEREN CON ESTE PUNTO.	SE REFIERE A QUE LA CAMA DEBERÁ TENER MOVIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN LA PARTE DE LA PELVIS DE 4º O MAYOR.
5	RENGLON 118 PUNTO 3.2 QUE CUBRAN EL 25% DE LA LONGITUD TOTAL DE LA CAMA COMO MÍNIMO. PARA ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE SE PUEDE REFERENCIAR CON ALGUNA IMAGEN DEL CATÁLOGO DEL EQUIPO, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL VALOR SOLICITADO.
6	RENGLON 118 PUNTO 4.1 CON SEGURO PARA EVITAR MOVIMIENTOS NO DESEADOS. PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN OFERTAR UNA CAMA QUE ESTÁ EQUIPADA CON UN INTERRUPTOR DE HABILITACIÓN DE CONTROL UBICADO EN LA PARTE TRASERA (BLOQUEO/DESBLOCKEO), DIRECTAMENTE DEBAJO DE LA CABECERA, PARA QUE NO ESTÉ AL ALCANCE DE LA PACIENTE, SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
7	RENGLON 118 PUNTO 6 CON CAPACIDAD DE REMOVER LA PARTE INFERIOR DE LA CAMA (PIECERA). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A LA SECCIÓN DEL COMPLEMENTO PARA LOS PIES, LA CUAL SE RETIRA PARA COMENZAR CON EL PROCESO DE PARTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
8	PARA TODAS LAS PARTIDAS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN IMÁGENES ALGUNOS PUNTOS YA QUE LOS CATÁLOGOS DE LOS FABRICANTES NO VIENE TEXTUALMENTE COMO LA CONVOCANTE LO SOLICITA, ¿SE ACEPTA?	TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEBEN SER REFERENCIADAS, EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE EXPLÍCITAMENTE EN EL DOCUMENTO PRESENTADO, ALGUNA DE ELLAS, PODRÁ REALIZARLO A TRAVÉS DE IMÁGENES DEL EQUIPO OFERTADO, DEBIENDO SER ESTAS LAS MENOS.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

9	PARTIDA 122 INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES. PUNTO 5.3 PUERTA DE ACCESO FRONTAL CON CORTINA DE AIRE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR OFERTANDO PUERTA DE ACCESO QUE CUENTE CON PRESIÓN POSITIVA INTERNA DENTRO DEL CAPACETE DE LA INCUBADORA. PERMITIENDO QUE NO ENTRE EL AIRE FRIO EVITANDO LA PERDIDA DE CALOR. ¿SE ACEPTE ?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
10	PARTIDA 122 INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES. PUNTO 5.7 TRENDELEMBUG Y TRENDELEMBURG INVERSO DE +/- 12 GRADOS COMO MÍNIMO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR UN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO DE 7 ° , SIN QUE ESTO AFECTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
11	RENGLON 123 PUNTO 15.1.5 ENTENDEMOS QUE SOLICITAN UN VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL QUE EN TODOS LOS CASOS TRANSPORTARÁ PACIENTES CON ALGÚN PADECIMIENTO, ENFERMEDAD O SITUACIÓN CRÍTICA POR LO QUE EL APORTE DE OXÍGENO ES COMPLETAMENTE NECESARIO E INDISPENSABLE POR LO CUAL ENTREGAR UNA FIO2 IGUAL O CERCANA AL 21% ES RESULTA SIN UTILIDAD EN ESTE TIPO DE PACIENTES. POR LO CUAL SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA FIO DE 35 AL 100% EN PASOS DE 1% SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
12	RENGLON 123 PUNTO 15.3 VENTILADOR DE LA MISMA MARCA DE LA INCUBADORA EMPOTRABLE AL CARRO TRANSPORTADOR PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES PODEMOS OFERTAR UN VENTILADOR DE DIFERENTE MARCA DE LA INCUBADORA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PEQUEÑO, TRANSPORTABLE, EMPOTRABLE Y SEA COMPLETAMENTE FUNCIONAL CON LA INCUBADORA, YA QUE ACTUALMENTE SOLO EXISTE UNA MARCA QUE MANEJA TANTO INCUBADORA COMO VENTILADOR Y DE ESTA MANERA SE ESTARÍA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y LA CONVOCANTE NO TENDRÍA SUFICIENTES OPCIONES PARA ELEGIR LA MEJOR Y MÁS COMPETITIVA. SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
13	RENGLON 123 PUNTO 15.9 MANGUERA DE AIRE Y OXÍGENO PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SI NUESTRA TECNOLOGÍA DE PUNTA OFRECE UNA SOLUCIÓN CON UN VENTILADOR QUE SOLAMENTE UTILIZA MANGUERA DE OXÍGENO, PODEMOS NO OFERTAR LA MANGUERA DE AIRE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	RENGLON 123 PUNTO 16.2 MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO. ACEPTAN AMABLEMENTE OFERTEMOS UN MODELO CON PANTALLA DE 10.4 PULGADAS COMO MÍNIMO.	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
14	RENGLÓN 128 PUNTO 19.3 TRENDLENBURG DE 30 GRADOS COMO MÍNIMO. NOS PERMITIMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN OFERTAR UNA MESA DE CIRUGÍA CON TRENDLENBURG DE 28 GRADOS, SIN QUE ESTO AFECTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
15	RENGLON 128 PUNTO 19.4 TRENDLENBURG INVERSO DE 30 GRADOS COMO MÍNIMO. NOS PERMITIMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN OFERTAR UNA MESA DE CIRUGÍA CON TRENDLENBURG INVERSO DE 28 GRADOS, ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
16	RENGLON 128 PUNTO 20.9 PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL ACCESORIO CHAROLA PORTACHASISES DE 35 X 43 CM (14 X 17 PULGADAS) SEA OPCIONAL, ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
17	RENGLON 143 PUNTO 3.4 ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 66 CM A 85 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN), COMO MÍNIMO. PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 58 A 93 CM, YA QUE CONSIDERAMOS NO AFECTA EN EL OBJETIVO DE LA CAMILLA ¿SE ACEPTE NUESTRA PETICIÓN?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
18	RENGLÓN 145 PUNTO 3.4 ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 55 CM A 85 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN) COMO MÍNIMO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN UNA CAMILLA DE TRASLADO CON ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 58 A 93 CM, ESTO SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
19	RENGLON 145 PUNTO 6 DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 190 CM DE LARGO X 76 CM DE ANCHO, COMO MÍNIMO. PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA CAMILLA DE TRASLADO CON UN ANCHO DE 71 CM, ¿SE ACEPTE NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
20	RENGLON 145 PUNTO 18.2 TABLA PARA FACILITAR LA TRANSFERENCIA DEL PACIENTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE ACCESORIO PUEDE SER OPCIONAL, YA QUE LA MAYORÍA DE LAS CAMILLAS NO CUENTAN CON ESTE ACCESORIO, ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
21	RENGLON 147 PUNTO 3.4 ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 66 CM A 85 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN), COMO MÍNIMO. PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 58 A 93 CM, YA QUE CONSIDERAMOS NO AFECTA EN EL OBJETIVO DE LA CAMILLA ¿SE ACEPTE NUESTRA PETICIÓN?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

8.- PROVEEDOR: GRUPO MOBS S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTAS	REPUESTAS

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".

Soconusco #31 Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

1	NUMERAL 7.2.12: ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS FOTOCOPIAS DE CERTIFICADOS/REGISTROS MENCIONADAS EN ESTE PUNTO SE ACREDITAN CON ANEXARLAS EN EL PUNTO 7.2.6 "ANEXO 2" DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, SIN DETRIMENTO DE PRESENTAR LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE CUMPLIMIENTO QUE ESTABLECE ESTE NUMERAL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	NUMERAL 7.2.12: ES CORRECTO ENTENDER PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, RESPECTO DE BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL, BASTARA CON PRESENTAR CERTIFICADO FDA O CE O JIS Y CERTIFICADO ISO 13485 O ISO 9001, SEGÚN CORRESPONDA AL PAÍS DE ORIGEN Y AL BIEN OFERTADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PARA BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN.
3	NUMERAL 7.2.12: ES CORRECTO ENTENDER PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, RESPECTO DE BIENES DE ORIGEN NACIONAL, BASTARA CON PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS EMITIDAS POR COFEPRIS O CERTIFICADO ISO 13485 O ISO 9001, SEGÚN CORRESPONDA AL BIEN OFERTADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PARA EQUIPO MÉDICO NACIONAL, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN DE COFEPRIS. PARA MOBILIARIO O EQUIPO QUE NO REQUIERA REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD SEGÚN APLIQUE EL BIEN.
4	NUMERAL 7.2.15: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DE LA DECLARACIÓN MENSUAL DE ISR, ES EL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	DEPENDE DE LA FECHA EN LA QUE CADA EMPRESA PRESENTA SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE PUEDE PRESENTAR LA DE SEPTIEMBRE O MES DE OCTUBRE 2023.
5	NUMERAL 7.2.31: EN EL APARTADO DE NOTA IMPORTANTE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007. SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN EL PROGRAMA WORD DE OFFICE ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN FICHA NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL PRODUCTO O INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FAVOR DE ACLARAR.	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

No.	PREGUNTAS	REPUESTAS
		DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
2	<p>PREGUNTA GENERAL PARA INSTRUMENTAL MEDICO</p> <p>TODA VEZ QUE EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2003 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA DECIMOCUARTA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATALOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO, [HTTPS://WWW.DOF.GOB.MX/NOTA_DETALLE.PHP?CODIGO=688477&FECHA=01/10/2003#GSC.TAB=0] EN EL CUAL SE MENCIONA QUE ES PERMITIDO UNA TOLERANCIA DE +/- 10% EN LAS MEDIDAS DEL INSTRUMENTAL.</p> <p>SOLICITANDO DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR INSTRUMENTAL MEDICO CON UN RANGO DE TOLERANCIA DE +/-10% EN LAS MEDIDAS DEL INSTRUMENTAL ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SE LE SOLICITA AL LICITANTE APAGARSE A LO ESTIPULADO EN FICHAS TÉCNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.</p>
3	<p>RENGLÓN 29 CONTENEDOR TRANSPORTADOR GRANDE DE BASURA MUNICIPAL CON RESPECTO AL PUNTO 5 RUEDAS EMPOTRABLES</p> <p>SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA CON RUEDAS ATORNILLADAS, YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTE?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	<p>RENGLÓN 29 CONTENEDOR TRANSPORTADOR GRANDE DE BASURA MUNICIPAL CON RESPECTO AL PUNTO 6 PUNTOS DE ELEVACIÓN MOLDEADOS CON ACANALADOS REFORZADO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA</p> <p>SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA, PUNTOS DE ELEVACIÓN QUE SEAN INYECTADOS CON ALMA DE ACERO YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTE?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5	<p>RENGLÓN 29 CONTENEDOR TRANSPORTADOR GRANDE DE BASURA MUNICIPAL CON RESPECTO AL PUNTO 11 DIMENSIONES: LARGO 141, ANCHO 137 Y ALTO 133 CM</p> <p>SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA 112.5 X 124.5 X 133 CM Y CUMPLIENDO CON LA CAPACIDAD DE 1,100 LITROS, YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTE?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6	<p>RENGLÓN 41 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL</p> <p>CON RESPECTO AL PUNTO 5. DIMENSIONES DE LA CÁMARA: 17*34 CM, 23*47 CM Y 257*47 CM.</p> <p>SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA UNA CÁMARA CON</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

No.	PREGUNTAS	REPUESTAS
	DIMENSIONES DE 25 X 45 CM SIN QUE ESTO AFECTE LAS SOLVENCIA Y EVALUACION DE NUESTRA PROPUESTA TECNICA, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	
7	RENGLÓN 41 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL CON RESPECTO AL PUNTO 8. CHAROLAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE 316L, EN CANTIDAD Y DIMENSIONES DE ACUERDO AL MODELO DEL EQUIPO. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA UNA 3 (TRES) CHAROLAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE 316L CON DIMENSIONES DE ACUERDO AL MODELO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
8	RENGLÓN 41 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME SI PODEMOS OFERTAR COMO MEJORA EN EL EQUIPO Y PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, UNA VÁLVULA MULTIFUNCIÓN SERVOCONTROLADA CON AUTOLIMPIEZA LIBRE DE MANTENIMIENTO LA CUAL SUSTITUYE EN UNA SOLA UNIDAD LA OPERACIÓN DE HASTA 5 VÁLVULAS QUE CONTROLAN LAS FUNCIONES DEL EQUIPO Y EVITA RETRASOS EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ¿SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
9	RENGLÓN 42 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO Y AUTOGENERADO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE POR FAVOR NOS CONFIRME LAS CARACTERÍSTICAS CORRECTAS QUE CORRESPONDEN A LA CLAVE 531.385.0827 PARA EL RENGLÓN 42, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS QUE VIENEN EN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS BASES TIENEN DISCREPANCIA CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE CORRESPONDEN A LA CLAVE 531.385.0827 DEL CUADRO BÁSICO, D.O.F. Y/O CENETEC, FAVOR DE ACLARAR.	SE LE SOLICITA AL LICITANTE APAGARSE A LO ESTIPULADO EN FICHAS TÉCNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
10	RENGLÓN 42 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO Y AUTOGENERADO ¿QUEREMOS QUE POR FAVOR SE NOS ACLARE SI EL EQUIPO QUE SOLICITAN LO REQUIEREN CON SUMINISTRO MIXTO DE VAPOR DIRECTO Y VAPOR AUTOGENERADO O SOLAMENTE CON SUMINISTRO DE VAPOR AUTOGENERADO?, FAVOR DE ACLARAR.	SE LE SOLICITA AL LICITANTE APAGARSE A LO ESTIPULADO EN FICHAS TÉCNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
11	RENGLÓN 42 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO Y AUTOGENERADO CON RESPECTO AL PUNTO 17. MANÓMETROS INDICADORES DE PRESIÓN DE LAS CÁMARAS INTERNA Y EXTERNA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN ESTERILIZADOR CON SÓLO UN MANÓMETRO INDICADOR DE LA PRESIÓN EN LA CÁMARA INTERNA, YA QUE POR EL TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO QUE SOLICITAN LA FABRICACIÓN DE SU DISEÑO NO REQUIERE SER FABRICADO CON 2 CÁMARAS YA QUE ESTO ENCARECE EL COSTO DEL PRODUCTO Y NO ES NECESARIO CONTAR CON UNA SEGUNDA CÁMARA LA CUAL NO TIENE UNA FUNCIÓN DE MEJORA AL DESEMPEÑO DE LA ESTERILIZACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.	SE LE SOLICITA AL LICITANTE APAGARSE A LO ESTIPULADO EN FICHAS TÉCNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
12	RENGLÓN 42 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO Y AUTOGENERADO REFERENCIA AL PUNTO 20. CON GUIAS PARA BANDEJA O CANASTILLA, REFERENCIA AL PUNTO 21. BANDEJAS REFERENCIA AL PUNTO 22. CHAROLAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L, EN CANTIDAD Y DIMENSIONES DE ACUERDO AL MODELO DEL EQUIPO.	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

No.	PREGUNTAS	REPUESTAS
	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME SI PODEMOS OFERTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS PUNTOS LO SIGUIENTE: PUNTO 20. CON GUIAS PARA CHAROLAS, PUNTO 21. CHAROLAS PUNTO 22. 3 (TRES) CHAROLAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE 316L CON DIMENSIONES DE ACUERDO AL MODELO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
13	RENGLÓN 42 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO Y AUTOGENERADO CON RESPECTO AL PUNTO 23. FUSIBLE DE PROTECCIÓN. PARRILA. GRAFICADOR O IMPRESORA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME SI PODEMOS OFERTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO UN BREAKER ELÉCTRICO EN VEZ DE UN FUSIBLE, YA QUE EL BREAKER ELÉCTRICO AL CONTRARIO DE LOS FUSIBLES, QUE SON DE UN SOLO USO, UN BREAKER ELÉCTRICO SE PUEDE RECONECTAR SIEMPRE QUE LAS CAUSAS QUE LO ACTIVARON, SE HAYAN RESUELTO Y ASÍ SE EVITA EL CONSUMO Y REEMPLAZO CONSTANTE DE FUSIBLES CON ESTA MEJORA EN EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	✓ SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
14	RENGLÓN 42 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO Y AUTOGENERADO CON RESPECTO AL PUNTO 23. FUSIBLE DE PROTECCIÓN. PARRILA. GRAFICADOR O IMPRESORA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME SI PODEMOS OFERTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO 3 (TRES) CHAROLAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE 316L EN VEZ DE UNA PARRILLA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	✓ SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
15	RENGLÓN 42 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO Y AUTOGENERADO CON RESPECTO AL PUNTO 27. CONTROL PARA SELECCIONAR DIFERENTES CICLOS O PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN QUE INCLUYA EL SECADO Y CON POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR LOS CICLOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME SI PODEMOS OFERTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO UN CONTROL TIPO TOUCH SCREEN A COLOR PARA SELECCIONAR HASTA 10 DIFERENTES CICLOS O PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN QUE INCLUYA EL SECADO Y CON POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR LOS CICLOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	✓ SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
16	RENGLÓN 42 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO Y AUTOGENERADO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME SI PODEMOS OFERTAR COMO MEJORA EN EL EQUIPO Y PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, UNA VÁLVULA MULTIFUNCIÓN SERVOCONTROLADA CON AUTOLIMPIEZA LIBRE DE MANTENIMIENTO LA CUAL SUSTITUYE EN UNA SOLA UNIDAD LA OPERACIÓN DE HASTA 5 VÁLVULAS QUE CONTROLAN LAS FUNCIONES DEL EQUIPO Y EVITA RETRASOS EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	✓ SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
17	RENGLÓN 120 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS PUNTO 16.2 CINCO ELECTRODOS AUTOADHERIBLES PARA DESFIBRILACIÓN, CARDIOVERSIÓN Y MARCAPASOS (5 ADULTOS Y 3 PEDIÁTRICOS) ES CORRECTO ENTENDER PARA CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO SE DEBEN ENTREGAR OCHO ELECTRODOS AUTOADHERIBLES PARA DESFIBRILACIÓN,	✓ ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA ALA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

No.	PREGUNTAS	REPUESTAS
	CARDIOVERSIÓN Y MARCAPASOS [5 ADULTOS Y 3 PEDIÁTRICOS] ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN FAVOR DE ACLARAR	
18	RENGLÓN 122 INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES PUNTO 3.3 CON PRECALENTAMIENTO MÍNIMO DE 5 MINUTOS AL 100% SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA UN PRECALENTAMIENTO DE 20 MINUTOS AL 100% ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO NO PASE EL LIMITE DE 20 MINUTOS.
19	RENGLÓN 125 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA DE LED PUNTO 4.6 ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 400W/M ² O MENOR DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE SOLICITAMOS QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 530 W/M ² ¿SE ACEPTE?	APEGARSE A LAS MODIFICACIONES A LAS PRESENTES BASES
20	RENGLÓN 126 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OBSTÉTRICA DE LED PUNTO 4.6 ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 400W/M ² O MENOR DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE SOLICITAMOS QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 530 W/M ² ¿SE ACEPTE?	APEGARSE A LAS MODIFICACIONES A LAS PRESENTES BASES

9.- PROVEEDOR: SOLU-TECHNOLOGY S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>PUNTO: 1.5.2 EL (LOS) PROVEEDOR(ES) QUE RESULTE(N) ADJUDICADO(S), DEBERÁ(N) FORMALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES CON REPORTE FOTOGRÁFICO, EN LA QUE INTERVENDRÁN PERSONAL DE LA UNIDAD MÉDICA, LA CUAL DEBERÁ CONTENER FIRMA Y SELLO; CON LO QUE SE DEMOSTRARÁ QUE LOS BIENES Y ACCESORIOS FUERON ENTREGADOS A ENTERA SATISFACCIÓN AL ORGANISMO.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS APOYE CON LOS NOMBRE DEL PERSONAL DE CADA UNIDAD MÉDICA, YA QUE EN MUCHOS CASOS NO COINCIDEN CON EL DIRECTORIO DE SESVER ESTO CON LA FINALIDAD DE ACELERAR EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN.</p>	<p>LA INFORMACIÓN SE DARÁ AL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO</p>
2	<p>DEBERÁN ESTAR EMPACADOS DE FÁBRICA Y SU TRANSPORTE SERÁ EL QUE CONVENGA AL PROVEEDOR, DE ACUERDO CON LAS MEJORES PRÁCTICAS USUALES PARA SU TRASLADO, SIEMPRE QUE SE GARANTICE SU SEGURIDAD, A ENTERA SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, ADEMÁS SERÁ OBLIGATORIO E INVARIABLEMENTE LOS BIENES DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS CON:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE NOS DEFINA SI LA ETIQUETA VA EN CADA EMPAQUE Y/O SOBRE CADA BIEN.</p>	<p>EN CADA EMPAQUE</p>

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	ANEXO 2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL FORMATO DEL ANEXO 2 SERA EL MISMO TANTO PARA PRIMER COMO PARA SEGUNDO NIVEL DADO QUE LAS FICHAS TÉCNICAS VIENEN EN DIFERENTE FORMATO	SE ACLARA QUE, EL FORMATO DEL ANEXO 2, ES EL MISMO PARA PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.
2	PARA TODAS LAS PARTIDAS DE INSTRUMENTAL SOLICITAMOS SE ACEPTE UN RANGO DE +10% EN LAS MEDIDAS DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTE, APEGASE A LO ESTIPULADO EN BASES
3	RENGLÓN 95 SET INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DE PRIMER NIVEL. NUMERAL: 37 OBTURADOR TIPO ESTIQUES DOBLE EXTREMO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESPÁTULA ESTIQUES DOBLE PUNTA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTE, APEGASE A LO ESTIPULADO EN BASES
4	RENGLÓN 96 SET DE PERIODONCIA. NUMERAL: 3 SONDA PERIODONTAL W O WHO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR SONDA PERIODONTAL WILLIAM FOX DOBLE PUNTA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTE, APEGASE A LO ESTIPULADO EN BASES
5	RENGLÓN 97 SET DE PINZAS PARA CUERPOS EXTRAÑOS. NUMERAL: 1 Y 2 PINZA HARTMAN CON DIENTES 8.5 CMS. Y PINZA HARTMAN CON DIENTES 14.5 CMS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZAS ESTRIADAS YA QUE ACTUALMENTE ESA PINZA NO SE MANEJA CON DIENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTE, SIEMPRE QUE LAS MEDIDAS Y EL TIPO DE PINZA SEA IGUAL A LA SOLICITADA EN FICHA TÉCNICA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
6	RENGLÓN 97 SET DE PINZAS PARA CUERPOS EXTRAÑOS. NUMERAL: 4 PINZA DE LITTAUER DE 12 CMS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS DEFINA SI LO QUE SOLICITA ES PINZA O TIJERA, YA QUE EL TIPO LITTAUER SOLO SE ENCUENTRA COMO TIJERA.	SE REQUIERE TIJERA

10.- PROVEEDOR: TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL:

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
-----	-----------	------------

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

PUNTO 1.5.1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER EXTENDER DE 20 A 30 DÍAS HÁBILES EL PLAZO DE ENTREGA, PARA LAS UNIDADES TANTO DE PRIMER COMO DE SEGUNDO NIVEL, YA QUE ALGUNOS BIENES SON DISTRIBUIDOS DIRECTAMENTE DESDE LOS ALMACENES DE LOS FABRICANTES, POR LO QUE EL TIEMPO PUEDE LLEGAR A EXTENDERSE.	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
PUNTO 1.5.1	PARA LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL, (RENGLONES DEL 01 AL 116), FAVOR DE CONFIRMAR, SI LA ENTREGA DE LOS BIENES ES EN EL ALMACEN, UBICADO EN NAVE 2 DE LA CENTRAL DE ABASTOS, UBICADO EN CALLE ISLA B-12 CENTRAL DE ABASTOS, EJIDO FERNANDO GUTIERREZ, C.P. 91064, XALAPA, VER.	APAGARSE A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACION
PUNTO 1.5.1	DADO EL CASO DE QUE LAS ENTREGAS DE LOS BIENES DE PRIMER NIVEL, (RENGLONES DEL 01 AL 116), SEA EN LAS ZONAS QUE VIENEN ESPECIFICADAS EN EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN ANEXO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE EN AQUELLAS ZONAS EN LAS CUALES PUEDAN SURGIR DIFICULTADES Y/O COMPLICACIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, SE PERMITA ENTREGAR EN ALMACEN UBICADO EN NAVE 2 DE LA CENTRAL DE ABASTOS, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	APAGARSE A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACION
7.2.10	EN ESTE PUNTO SE SOLICITA CARTA DE RESPALDO ORIGINAL DE LOS FABRICANTES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE ACEPTEN QUE LA FIRMA DE DICHOS DOCUMENTOS SEA DE MANERA DIGITAL, YA QUE TODOS LOS FABRICANTES EMITEN DICHOS DOCUMENTOS DE ESTA MANERA.	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

11.- PROVEEDOR: BIODIST S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>7.2.25 LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR COMO MÍNIMO FOTOCOPIAS LEGIBLES DE 2 CONTRATOS FORMALIZADOS CON CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA Ó DEPENDENCIA DE ESTA U OTRA ENTIDAD FEDERATIVA, POR LA VENTA DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS IGUALES A LAS DESCRIPTAS EN ANEXO TÉCNICO Y FICHAS TÉCNICAS, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SERÁ DE ACUERDO A LOS RENGLONES EN LOS QUE PARTICIPE.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DE MI REPRESENTADA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS CON BIENES Y/O SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ¿SE ACEPTE?</p>	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
2	<p>7.3.2.-DOCUMENTO EN EL QUE DEBERÁ ESTIPULAR DE MANERA CLARA Y PRECISA CONFORME AL ANEXO NO. 12, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:</p> <p>A. LA FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES. (DESCRIBIR).</p> <p>B. EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. (DESCRIBIR).</p> <p>C. EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES. (DESCRIBIR).</p>	SE ACEPTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".




2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>D. LA FORMA DE PAGO. (DESCRIBIR).</p> <p>E. EL PLAZO DE SOSTENIMIENTO DE LOS PRECIOS. (DESCRIBIR).</p> <p>F. DE SER EL CASO, TODAS AQUELLAS CONDICIONES QUE BENEFICIEN A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, LAS QUE SERÁN TOMADAS EN CONSIDERACIÓN EN LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR EL ANEXO NO. 12, CON LA LEYENDA: "CONFORME A BASES", EN CADA UNO DE LOS INCISOS A REQUISITAR. ¿SE ACEPTA?</p>	
3	<p>ANEXO NO. 2</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, SI ES CORRECTO PRESENTAR EL ANEXO NO. 2 POR CADA RENGLÓN A COTIZAR, Y QUE DEBE INDICARSE EN EL TOTAL DE RENGLONES COTIZADOS (), LA CANTIDAD DE RENGLONES TOTALES A COTIZAR POR MI REPRESENTADA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION
4	<p>7.1.1. LAS PROPUESTAS Y LOS SOBRES QUE LAS CONTENGAN DEBERÁN DE ESTAR DEBIDAMENTE ROTULADAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA PODRÁN SER ÚNICAMENTE RUBRICADO, NO ASÍ LA PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA QUE, SI DEBEN CONTENER LA FIRMA AUTÓGRAFA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION.</p> <p>PUNTO 10: DE LA DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.</p> <p>10.1.- SE DESCALIFICARÁ A LOS PARTICIPANTES QUE INCURRAN EN ALGUNO(S) DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:</p> <p><u>1.- NO FIRMEN DE MANERA AUTÓGRAFA TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,</u> <u>RESPECTIVAMENTE,</u> <u>INCLUYENDO LOS SOBRES QUE LAS CONTENGAN;</u></p>

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".






2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>RENGLÓN 131:</p> <p>PUNTO 2</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON MARCA DE SINCRONIZACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA, O DE PULSO O RESPIRATORIO, PUES AL SER UN MONITOR DE TRASLADO SE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA</p>
2	<p>RENGLÓN 131:</p> <p>PUNTO 17 · ASA SOPORTE PARA MONTAR EN CAMILLA</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON ASA PARA TRANSPORTE, Y UN ADAPTADOR PARA MONTAR EN LA CAMILLA. ¿SE ACEPTE?</p>	<p>NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES</p>
3	<p>RENGLÓN 132:</p> <p>PUNTO 13.2 ENTENDEMOS QUE EL DESPLIEGUE DE LA CURVA Y VALORES NUMÉRICOS INSPIRADO Y ESPIRADO DEBERÁ APLICAR PARA PACIENTES INTUBADOS Y NO INTUBADOS. ¿ES ESTO CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
4	<p>RENGLÓN 132:</p> <p>PUNTO 16.1 ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR EL GASTO CARDIACO CONTINUO ESTIMADO Y QUE PODRÁ SER MEDIDO DE MANERA NO INVASIVA A TRAVÉS DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS COMO PNI, SPO2 Y ECG CON BASE EN EL TIEMPO DE TRÁNSITO DE LA ONDA DE PULSO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?</p>	<p>SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
5	<p>RENGLÓN 132:</p> <p>PUNTO 26. ENTENDEMOS QUE LA FUNCIÓN O PERFIL DE CÁLCULOS HEMODINÁMICOS DEBERÁ MOSTRAR NUMÉRICAMENTE VALORES HEMODINÁMICOS ADÉMÁS UNA GRÁFICA QUE JUNTO CON EL VALOR NUMÉRICO PERMITA IDENTIFICAR DE MEJOR MANERA EL COMPORTAMIENTO</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN</p>

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".





2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	HEMODINÁMICO DEL PACIENTE, ADEMÁS DE PODER HACER LA REVISIÓN DE TENDENCIAS. ¿ES ESTO CORRECTO?	TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA
6	RENGLÓN 133: PUNTO 3 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON MARCA DE SINCRONIZACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA, O DE PULSO O RESPIRATORIO, PUES AL SER UN MONITOR BÁSICO SE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
7	RENGLÓN 133: PUNTO 7.1 PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 4 ONDAS DE VISUALIZACIÓN 2 ECG, RESPIRACIÓN Y SP02, EN LA PANTALLA PRINCIPAL Y CON VISUALIZACIÓN DE LAS 7 DERIVACIONES EN EL SUB-MENÚ, PUES AL SER UN MONITOR BÁSICO SE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD. ¿SE ACEPTE?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
8	RENGLÓN 133: PUNTO 21 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI ES UN MONITOR DE ESPECIFICACIONES BÁSICAS, PUES AL REQUERIR GASTO CARDIACO A FUTURO YA NO SERÍA UN MONITOR BÁSICO SINO DE ESPECIFICACIONES AVANZADAS.	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
9	RENGLÓN 135 FICHA TÉCNICA RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C"	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	NUMERAL 1.2 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN RANGO DE KILOVOLTAJE DE 40 KV A 120 KV, CUYO RANGO CUBRE TODO TIPO DE PACIENTES DONDE SE REQUIERE MAYOR PENETRACIÓN, SIN DEMERITAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO ¿SE ACEPTE?	
10	RENGLÓN 135 FICHA TÉCNICA RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" NUMERAL 1.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FLUOROSCOPIA PULSADA EN EL RANGO DE 0.4 MA A 100 MA, CON LO CUAL SE PUEDEN REALIZAR TODAS LAS EXPOSICIONES EN MODALIDAD DE FLUOROSCOPIA YA QUE LA DIFERENCIA NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS CON ALTA RESOLUCIÓN ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
11	RENGLÓN 135 FICHA TÉCNICA RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" NUMERAL 3.5 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO WIG WAG 12°, LO QUE ES EQUIVALENTE AL MOVIMIENTO LATERAL O PANORÁMICO, JUNTO CON IMÁGENES QUE DEMUESTRAN LO SOLICITADO ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
12	RENGLÓN 135 FICHA TÉCNICA RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" NUMERAL 4.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CONVERSIÓN A/D. LO CUAL ES EQUIVALENTE A LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN O PROFUNDIDAD ¿SE ACEPTE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL VALOR EN BITS SEA IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO
13	RENGLÓN 135 FICHA TÉCNICA RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" NUMERAL 4.3	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TAMAÑO DEL DETECTOR DE 301MM X 301MM, PERMITIENDO TENER UNA COBERTURA DE PACIENTE Y ÁREA ANATÓMICA SUFICIENTE PARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO ¿SE ACEPTE?	
14	<p>RENGLÓN 135</p> <p>FICHA TÉCNICA RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 10</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN", LO QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, JUNTO CON IMÁGENES EN EL CATÁLOGO QUE DEMUESTRAN LO SOLICITADO ¿SE ACEPTE?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
15	<p>RENGLÓN 135</p> <p>FICHA TÉCNICA RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 10.1</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS MONITORES DE 21.5" CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES ¿SE ACEPTE?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
16	<p>RENGLÓN 135</p> <p>FICHA TÉCNICA RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 10.2</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA DE PANEL TÁCTIL PARA EL CONTROL DE PROCESOS, QUE TIENE UN TECLADO DIGITAL EN PANTALLA. ¿SE ACEPTE?</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
17	<p>RENGLÓN 135</p> <p>FICHA TÉCNICA RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 10.5</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FUNCIONES PARA IDENTIFICAR AUTOMÁTICAMENTE EL CONTORNO DE UN VASO Y CALCULAR LAS DIVERSAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTENOSIS, ENTRE ELLAS (DIÁMETROS DE REFERENCIA, DIÁMETROS DENTRO DE LA SECCIÓN CONSIDERADA, DIÁMETRO Y PORCENTAJE MEDIOS DE LA ESTENOSIS)</p>	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	¿SE ACEPTA?	
18	<p>RENGLÓN 135</p> <p>FICHA TÉCNICA RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 10.6</p> <p>CUANTIFICACIÓN CORONARIA Y VASCULAR, ANÁLISIS VENTRICULAR CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD-R O DVD EN FORMATO DICOM SE DEBERÁ INCLUIR UN VISOR DICOM</p> <p>SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO OPCIÓN DE CRECIMIENTO, Y FUNCIONES ESTÁNDAR DE SOFTWARE VASCULAR CON ANÁLISIS DE ESTENOSIS ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
19	<p>RENGLÓN 135</p> <p>FICHA TÉCNICA RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 11.3</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 10 CUBIERTAS ESTÉRILES PARA TUBO Y ARCO, COMO ALTERNATIVA DE LO SOLICITADO PARA LA DISPONIBILIDAD DEL CAMPO POR PACIENTE ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
20	<p>RENGLÓN 135</p> <p>FICHA TÉCNICA RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 16.2.3</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO SOLO ES NECESARIO PRESENTAR ISO 13485 DEL FABRICANTE O FDA O HEALTH CANADÁ O CE O JIS?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL ORIGEN DEL EQUIPO.
21	<p>RENGLÓN 135</p> <p>FICHA TÉCNICA RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 1.2</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN RANGO DE KILOVOLTAJE DE 40 KV A 120 KV, CUYO RANGO CUBRE TODO TIPO DE PACIENTES DONDE SE REQUIERE MAYOR</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	PENETRACIÓN, SIN DEMERITAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	
--	---	--

12.-PROVEEDOR: APOYOS PARA LA INFORMÁTICA S.A. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	LA ENTREGA SE SOLICITA A 20 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO, DADO QUE SE ATRAVIESAN FIESTAS DECEMBRINAS LOS DÍAS HÁBILES PUEDEN SER VARIABLES, AGRADECERÍA SE ESPECIFICARA LA FECHA EXACTA EN QUE TERMINAN ESOS 20 DÍAS HÁBILES, ASUMIENDO QUE SE FIRME EL CONTRATO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE, DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE FALLO.	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
2	EL RENGLÓN 149 SEGÚN EL ANEXO CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, RELATIVO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO, SOLICITA QUE 4 UNIDADES SEAN ENTREGADAS EN POZA RICA, ¿SE PUEDE HACER LA ENTREGA VÍA PAQUETERÍA?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
3	EL RENGLÓN 153 SEGÚN EL ANEXO CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, RELATIVO A PANTALLA LED 40", SOLICITA QUE 2 UNIDADES SEAN ENTREGADAS EN POZA RICA, ¿SE PUEDE HACER LA ENTREGA VÍA PAQUETERÍA?	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
4	EN EL PUNTO 7.2.10 SE SOLICITA CARTA DE RESPALDO DE LOS FABRICANTES Y/O FILIAL EN MÉXICO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO. EN EL CASO DE BIENES INFORMÁTICOS, ¿SE ACEPTE LA CARTA DEL MAYORISTA DE CÓMPUTO?	SE ACEPTE, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE DOCUMENTO DE SER DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE LA MARCA.
5	¿ES FACTIBLE HACER LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO AL MAYORISTA DE CÓMPUTO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO?	NO SE ACEPTE.
6	EN EL PUNTO 7.2.12 MENCIONA "EN CASO DE QUE LOS BIENES OFERTADOS NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ ANEXAR CONSTANCIA OFICIAL, QUE LO EXIMA DEL MISMO DEBIENDO ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO A CUÁL DE LOS RENGLONES PERTENECE". EN EL CASO DE MUEBLES DE OFICINA Y BIENES INFORMÁTICOS, ¿QUIÉN DEBERÍA EMITIR LA CONSTANCIA OFICIAL?	REFERIRSE A LA PUBLICACIÓN DE DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DONDE SE PUBLICAN LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTROS SANITARIOS.
7	EN EL PUNTO 7.2.19 SOLICITAN LOS MANTENIMIENTOS DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA QUE APLIQUE. EN LA FICHA TÉCNICA DEL RENGLÓN 153 SOLICITAN DICHO MANTENIMIENTO, PERO LAS PANTALLAS LED DE 40" NO LO REQUIEREN DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA SOLICITADO Y SERÍA NECESARIO INCREMENTAR LOS COSTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, LO CUAL PUEDE RESULTAR CARO E INNECESARIO. SE RECOMIENDA ELIMINAR ESTA CONDICIÓN DE LA FICHA TÉCNICA.	SE ACLARA, QUE PARA EL RENGLÓN 153 NO SE REQUIERE DE LOS MANTENIMIENTO CADA 12 MESES, PERO EN CASO DE REQUERIR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA, DEBERÁ INCLUIR KITS Y REFACCIONES ORIGINALES Y NUEVAS EN

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023, 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		CADA SERVICIO, COMPATIBLES CON LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA.
8	DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA DEL RENGLÓN 153 RELATIVA A PANTALLAS LED 40", SE SOLICITA INSTALACIÓN, CONTEMPLANDO LAS ADECUACIONES PARA QUE EL EQUIPO FUNCIONE EN LOS RANGOS QUE INDICA EL FABRICANTE. ESTO IMPLICA CONTAR CON EL SOPORTE Y EL NO BREAK QUE SE LICITA EN OTROS RENGLONES, POR LO QUE NO NOS PODEMOS HACER RESPONSABLES YA QUE NO SE ADJUDICA TODO JUNTO. DE IGUAL MANERA DEBEMOS CONTEMPLAR COSTOS DE VIÁTICOS. DADO QUE LA INSTALACIÓN NO REQUIERE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, SE RECOMIENDA ELIMINAR DICHA CONDICIÓN DE LA FICHA TÉCNICA.	NO SE ACEPTE, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
9	LOS MUEBLES QUE APARECEN DE LOS RENGLONES 01 AL 116 Y CUYA ENTREGA ES EN LA NAVE 2 DE LA CENTRAL DE ABASTOS, ¿SE PUEDEN ENTREGAR DESARMADOS Y EMPACADOS PARA FACILITAR SU DISTRIBUCIÓN EVITANDO SER DAÑADOS?	SE ACEPTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SIN SER, LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
10	EN LAS FICHAS TÉCNICAS, RENGLÓN 87, SOLICITAN GARANTÍA DE 24 MESES PARA UN REPRODUCTOR DE DVD. ESTOS EQUIPOS NO SUELEN TENER UNA GARANTÍA MAYOR A 12 MESES, ¿ES FACTIBLE QUE LOS 12 MESES RESTANTES LOS OFREZCAMOS DIRECTAMENTE NOSOTROS? DE LO CONTRARIO SE RECOMIENDA REDUCIR EL TIEMPO DE GARANTÍA.	SE LE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN DICHA FICHA TÉCNICA

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	RENGLÓN 100 SOLICITAN ESTRUCTURA Y REFUERZO TUBULAR CUADRADO, ¿PUEDE OFRECERSE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO?	NO SE ACEPTE, APÉGUESE A LO ESTIPULADO EN FICHAS TÉCNICAS
2	RENGLÓN 100 SOLICITAN ACABADO EN VINILO TIPO PIEL, ¿PUEDE OFRECERSE TAPIZADO EN TELA?	NO SE ACEPTE, APÉGUESE A LO ESTIPULADO EN FICHAS TÉCNICAS
3	RENGLÓN 100 SOLICITAN BASTIDOR DE PINO, ¿PUEDE OFRECERSE DE POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD?	NO SE ACEPTE, APÉGUESE A LO ESTIPULADO EN FICHAS TÉCNICAS
4	RENGLÓN 100 SOLICITAN ACORDONADO EN LAS COSTURAS Y ENGRAPADO, ¿PUEDEN OFRECERSE UNIONES CON BASE EN INDUCCIÓN TÉRMICA?	NO SE ACEPTE, APÉGUESE A LO ESTIPULADO EN FICHAS TÉCNICAS
5	RENGLÓN 153 PIDEN QUE INCLUYA UN BRAZO PARA LA PANTALLA, ¿PUEDE SER DE UNA MARCA DIFERENTE YA QUE NINGUNA PANTALLA LO INCLUYE DE PAQUETE?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL SOPORTE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

6	RENGLÓN 153 PIDEN QUE INCLUYA BATERÍAS RECARGABLES PARA LA PANTALLA, ¿PUEDE SER DE UNA MARCA DIFERENTE YA QUE NINGUNA PANTALLA LAS INCLUYE DE PAQUETE?	SE ACLARA QUE PARA EL RENGLÓN 153, PUNTO 12 SE OMITE "Y BATERÍAS RECARGABLES"
7	RENGLÓN 74 RELATIVO A UNA PANTALLA LED DE 32" NO ESPECIFICA SI SERÁ UTILIZADA COMO MONITOR O COMO SEÑALIZACIÓN DIGITAL. LA PRINCIPAL DIFERENCIA RADICA EN EL TIEMPO QUE ESTARÁ ENCENDIDA DICHA PANTALLA. SI UN MONITOR O TELEVISIÓN CONVENCIONAL SE MANTIENEN ENCENDIDOS MÁS TIEMPO DEL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE PIERDEN SU GARANTÍA, FAVOR DE INDICAR EL TIEMPO EN QUE SE MANTENDRÁN CADA DÍA EN FUNCIONAMIENTO.	EL DISPOSITIVO SERÁ COLOCADO EN CENTROS DE SALUD, POR LO QUE SE MANTENDRÁ EN UN USO DIARIO, POR LO QUE SE LE SOLICITA APEGASE A LAS GARANTÍAS ESTIPULADAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.
8	RENGLÓN 153 RELATIVO A UNA PANTALLA LED DE 40" NO ESPECIFICA SI SERÁ UTILIZADA COMO MONITOR O COMO SEÑALIZACIÓN DIGITAL. LA PRINCIPAL DIFERENCIA RADICA EN EL TIEMPO QUE ESTARÁ ENCENDIDA DICHA PANTALLA. SI UN MONITOR O TELEVISIÓN CONVENCIONAL SE MANTIENEN ENCENDIDOS MÁS TIEMPO DEL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE PIERDEN SU GARANTÍA, FAVOR DE INDICAR EL TIEMPO EN QUE SE MANTENDRÁN CADA DÍA EN FUNCIONAMIENTO.	EL TIEMPO APROXIMADO EN EL QUE LAS PANTALLAS ESTARÁN ENCENDIDAS ES DE UN MÍNIMO DE 16 HORAS CONTINUAS AL DÍA.

CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA.

RESPECTO A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS: **CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V., SOLU-TECHNOLOGY, S.A. DE C.V., BIODIST, S.A. DE C.V. Y GRUPO M.O.B.S., S.A. DE C.V.**, QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, MANIFIESTAN NO TENER OBJECIÓN ALGUNA, ACEPTANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES FIRMANDO DE CONFORMIDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS BASES.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/licitaciones-publicas-nacionales-2023/> SIGNIFICANDO QUE TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE SERÁN OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS LICITANTES.

SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR, QUE DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, Y DEMÁS

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

RELATIVOS DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

FINALMENTE, SE LES RECUERDA QUE EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **21 DE NOVIEMBRE DE 2023, A LAS 10:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO No. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130, DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VER-

5. - EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO **LAS 18:30 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA.

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO
TECNOLÓGICO A HOSPITALES

ING. JESÚS ENRIQUE BELLO

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DRA. ITZEL CELESTE AHEDO GALLEGOS

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA

LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ
COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES

ING. JUAN MANUEL REYES FUENTES
COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.	
MSI. KARLO POMMIER GRANILLO		

POR LOS LICITANTES

No.	DENOMINACIÓN DE LA PERSONA MORAL Y/O FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	DANIEL JIMENEZ MARTINEZ	
2	SOLU-TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	CRUZ SOL PALESTINA	
3	BIODIST, S.A. DE C.V.	MIGUEL ÁNGEL BRIONES HERNÁNDEZ	
4	GRUPO M.O.B.S., S.A. DE C.V.	JORGE ANTONIO SANTANDER GARCÍA	

*****FIN DEL ACTA*****

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-031-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

ACTA DE RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-031-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ".



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Secretaría de Salud
de Veracruz

ME LLENA DE ORGULLO


2023, 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE LOS BIENES DE PRIMER NIVEL LOS RENGLONES DEL 01 AL 116 (ENTREGA EN ALMACÉN) DEBERÁ APEGARSE A LO SIGUIENTE:

DICE	DEBE DECIR:
FACTURA * REFERENTE A LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SE SUGIERE SOLO CONTEMPLAR LA DESCRIPCIÓN GENERAL COMO SE ESTIPULA EN EL ANEXO DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, EN LA REMISIÓN Y CARTA GARANTÍA, SI DEBERÁ PLASMARSE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA COMO LO MENCIONA DICHO ANEXO TÉCNICO. * LOS DATOS BÁSICOS DE LA FACTURA QUE DEBERÁ CONTENER SON LOS SIGUIENTES: > DIRECCIÓN Y RFC DE SESVER > N° DE CONTRATO > TIPO DE ADJUDICACIÓN (LICITACIÓN PÚBLICA, SIMPLIFICADA O DIRECTA) > N° DE PARTIDA O RENGLÓN SEGÚN LO MENCIONE EL CONTRATO > UNIDAD DE MEDIDA > N° DE PARTIDA PRESUPUESTAL > N° DE PROCESO > CANTIDAD DE BIENES > N° DE CLAVE O CUADRO BÁSICO SEGUN ANEXO DEL CONTRATO > MARCA Y MODELO > N° DE SERIE (SI APLICA) > PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL. > FUENTE DE FINANCIAMIENTO *FECHA, NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE QUIEN ENTREGA LOS BIENES *SELLO DEL ALMACÉN. * PARA ENTREGAR LA FACTURA SE DEBE TRAER SU XML Y VERIFICACIÓN DEL SAT DE EJERCICIO ACTUAL.	FACTURA 1) REFERENTE A LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SE SUGIERE CONTEMPLAR LA DESCRIPCIÓN GENERAL COMO SE ESTIPULA EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, EN LA REMISIÓN Y CARTA GARANTÍA, DEBERÁ PLASMARSE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA COMO LO MENCIONA DICHO ANEXO. 2) LOS DATOS BÁSICOS QUE DEBE CONTENER LA FACTURA SON LOS SIGUIENTES: <ul style="list-style-type: none"> * REQUISITOS FISCALES CONFORME ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. > DIRECCIÓN Y RFC DE PROVEEDOR Y SESVER > LUGAR DE ENTREGA > FECHA DE FACTURACIÓN CUERPO DE LA FACTURA: <ul style="list-style-type: none"> > NÚMERO RENGLÓN SEGÚN LO MENCIONE EL CONTRATO ó PEDIDO > CLAVE DE INSUMO CONFORME A CONTRATO Y CUADRO BÁSICO > DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN CONFORME CONTRATO Y CUADRO BÁSICO > UNIDAD DE MEDIDA > MARCA Y MODELO > NÚMERO DE SERIE (SI APLICA) > CANTIDAD DE BIENES > PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL. OBSERVACIONES: <ul style="list-style-type: none"> > TIPO DE ADJUDICACIÓN (LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SIMPLIFICADA O ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY 6 POR MONTO) > NÚMERO DE LICITACIÓN EN CASO DE APLICAR. > NÚMERO DE CONTRATO Y/O PEDIDO > FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FISE, FASSA, ASE ACREDITABLE, ASE LIQUIDA, SUBSIDIO ESTATAL, INGRESOS PROPIOS, AFASPE, COFEPRIIS, ETC.) > NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTAL > NÚMERO DE PROCESO > UNIDAD APLICATIVA Y/O NOMBRE DEL PROGRAMA EN CASO DE APLICAR > NOMBRE, FIRMA, FECHA Y CARGO DE QUIEN RECIBE LOS BIENES > SELLOS DE RECEPCIÓN DEL ALMACÉN DE ACTIVO FIJO DE OFICINAS CENTRALES FIRMAS Y SELLOS POR PARTE DE SESVER <ul style="list-style-type: none"> > SELLOS DE RECEPCIÓN DEL ALMACÉN DE ACTIVO FIJO DE OFICINAS CENTRALES > EN CASO FACTURAR PARA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AFASPE, LA FACTURACIÓN DEBE SER POR PROCESO > PARA RECABAR LOS SELLOS DE ENTREGA EN EL ALMACÉN SE DEBE PRESENTAR LA FACTURA Y XML (EN ARCHIVO IMPRESO Y DIGITAL). ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DEL SAT, DICHA VERIFICACIÓN DEBE SER DEL EJERCICIO EN CURSO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

ME LLENA DE ORGULLO

2023, 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE LOS BIENES DE PRIMER NIVEL LOS RENGLONES DEL 01 AL 116 (ENTREGA EN ALMACÉN) DEBERÁ APEGARSE A LO SIGUIENTE:

DICE	DEBE DECIR:
	<p>5) El JUEGO DE COPIAS DE FACTURA, XML Y VERIFICACIÓN DE SAT, DEBE SER CONFORME LO ESTIPULA LA CLAUSULA DE ENTREGA DE CONTRATO.</p> <p>RECOMENDACIÓN: SE PROPONE A LOS PROVEEDORES ENViar LA(S) PRE-FACTURA(S) A REVISIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO facturas.inventarios22@gmail.com ANTES DE TIMBRAR.</p>

PADRON DE PROVEEDORES ANTE LA SEFIPLAN	PADRON DE PROVEEDORES ANTE LA SEFIPLAN
>VIGENTE	• VIGENTE

POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
* DATOS BASICOS QUE DEBE CONTENER LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	* DATOS BASICOS QUE DEBE CONTENER LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
> NOMBRE DE LA AFIANZADORA	> NOMBRE DE LA AFIANZADORA
> FECHA DE LA EXPEDICIÓN	> FECHA DE LA EXPEDICIÓN
> N° DE FIANZA	> N° DE FIANZA
> MONTO	> MONTO
> NOMBRE DE LA EMPRESA	> NOMBRE DE LA EMPRESA
> N° DE CONTRATO	> N° DE CONTRATO
> N° DE LICITACIÓN	> N° DE LICITACIÓN
> FUENTE DE FINANCIAMIENTO	> FUENTE DE FINANCIAMIENTO
> VIGENCIA	> VIGENCIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	
* EL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA SERÁ PROPORCIONADO PREVIAMENTE POR LA OFICINA DE INVENTARIOS.	1) EL FORMATO DE ACTA LO PODRÁ DESCARGAR EL PROVEEDOR DEL PORTAL DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, EN LA DIRECCIÓN: https://www.ssever.gob.mx/almacenaje/ EN LA SECCIÓN "FORMATOS PARA ENTREGA".
* ESPECIFICAR DENTRO DEL CUERPO DEL ACTA LO SIGUIENTE:	2) EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR LO SIGUIENTE:
> N° DE CONTRATO	

2 DE 6



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



Secretaría
de Salud
de Veracruz

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS DE SALUD

2023, 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE LOS BIENES DE PRIMER NIVEL LOS RENGLONES DEL 01 AL 116 (ENTREGA EN ALMACÉN) DEBERÁ APEGARSE A LO SIGUIENTE:

DICE	DEBE DECIR:
> N° DE PARTIDA O RENGLÓN SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO	• FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FISE, FASSA, ASE ACREDITABLE, ASE LIQUIDA, SUBSIDIO ESTATAL, INGRESOS PROPIOS, AFASPE, COFEPRIS)
> DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO	• NOMBRE DEL PROVEEDOR NOMBRE DE LA EMPRESA TIEMPO DE GARANTÍA DEL BIEN
> CANTIDAD, MARCA Y MODELO	• NÚMERO RENGLÓN SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO
> N° DE SERIE (SI APlica)	• DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO
>PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL.	• CANTIDAD, MARCA Y MODELO NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO DE SERIE (SI APlica)
> NÚMERO DE PROCESO	• FIRMA ORIGINAL DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.
> FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECOMENDACIÓN: SE PROPONE A LOS PROVEEDORES ENViar EL FORMATO DE CARTA DEBIDAMENTE REQUISITADA A REVISIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO
> FIRMA ORIGINAL DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA	facturas.inventarios22@gmail.com ANTES DE IMPRIMIR Y FIRMAR.
REPORTE FOTOGRÁFICO	
> FORMATO PDF	1) EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEBE ENTREGARSE IMPRESO, CON MEMBRETE DE LA EMPRESA.
> DE 1 A 2 FOTOS POR CADA BIEN ENTREGADO CON NOMBRE EN PIE DE IMAGEN, NÚMERO DE RENGLÓN, MARCA, MODELO.	2) EL REPORTE FOTOGRÁFICO, DEBERÁ CONTENER:
> EN HOJA MEMBRETTADA	EN EL ENCABEZADO
	• TIPO DE ADJUDICACIÓN (LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SIMPLIFICADA O ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY ó POR MONTO)
	• NÚMERO DE LICITACIÓN EN CASO DE APLICAR.
	EN EL CUERPO DEL REPORTE
	• NÚMERO DE CONTRATO Y/O PEDIDO
	• DE 1 A 2 FOTOS POR CADA BIEN ENTREGADO CON NOMBRE EN PIE DE IMAGEN, NÚMERO DE RENGLÓN, DESCRIPCIÓN GENERAL, MARCA, MODELO.
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO FISCALES	
> VIGENTE	• VIGENTE
> POSITIVO	• POSITIVO



LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE LOS BIENES DE PRIMER NIVEL LOS RENGLONES DEL 01 AL 116 (ENTREGA EN ALMACÉN) DEBERÁ APEGARSE A LO SIGUIENTE:

DICE	DEBE DECIR:
REMITENCIAS	<p>REMITENCIAS</p> <p>* DATOS BASICOS DE DEBEN CONTENER LAS REMISIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> > N° DE REMISIÓN > DIRECCIÓN Y RFC DE SESVER > FECHA > LUGAR DE ENTREGA > N° DE CONTRATO > N° DE LICITACIÓN > N° DE PROCESO > N° DE PARTIDA O RENGLÓN > N° DE CLAVE O CUADRO BÁSICO > N° DE PARTIDA PRESUPUESTAL > FUENTE DE FINANCIAMIENTO > DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO > CANTIDAD, MARCA, MODELO Y N° DE SERIE (SI APlica) > PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL. > NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN ENTREGA Y DE QUIEN RECIBE LA MERCANCIA EN ORIGINAL <p>1) REFERENTE A LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DEBERÁ PLASMARSE LA DESCRIPCION COMPLETA COMO LO MENCIONA ANEXO EL ANEXO TÉCNICO</p> <p>2) DATOS BASICOS DE DEBEN CONTENER LAS REMISIONES:</p> <p>ENCABEZADO DE LA REMISIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NÚMERO DE REMISIÓN • DIRECCIÓN Y RFC DE PROVEEDOR Y SESVER • LUGAR Y FECHA DE ENTREGA <p>CUERPO DE LA REMISIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NÚMERO RENGLÓN SEGÚN LO MENCIONE EL CONTRATO ó PEDIDO • CLAVE DE INSUMO CONFORME A CONTRATO Y CUADRO BÁSICO • DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN CONFORME ANEXO TÉCNICO DEL BIEN • UNIDAD DE MEDIDA • MARCA Y MODELO • NÚMERO DE SERIE (SI APlica) • CANTIDAD DE BIENES • PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL. <p>OBSERVACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DE ADJUDICACIÓN (LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SIMPLIFICADA O ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY ó POR MONTO) • NÚMERO DE LICITACIÓN EN CASO DE APLICAR. • NÚMERO DE CONTRATO Y/O PEDIDO • FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FISE, FASSA, ASE ACREDITABLE, ASE LIQUIDA, SUBSIDIO ESTATAL, INGRESOS PROPIOS, AFASPE, COFEPRIS, ETC.) • NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTAL • NÚMERO DE PROCESO • UNIDAD APlicativa Y/O NOMBRE DEL PROGRAMA EN CASO DE APLICAR • NOMBRE, FIRMA, FECHA Y CARGO DE QUIEN RECIBE LOS BIENES • SELLO DE RECEPCIÓN DEL ALMACÉN DE ACTIVO FIJO DE OFICINAS CENTRALES

ACTA DE CAPACITACIÓN - INSTALACIÓN - PUESTA EN MARCHA	LISTA DE ASISTENCIA
<p>* LA ACTA DEBERÁ DE CONTENER LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: NOMBRE, FECHA, FIRMA, DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO (MARCA, MODELO Y NÚMERO (S) DE SERIE (S)) Y NOMBRE DE QUIEN IMPARTO EL CURSO (ESTO EN CASO DE QUE EL EQUIPO REQUIERA DE SU CAPACITACIÓN)</p> <p>* LISTADO CON NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN</p>	<p>CAPACITACIÓN - INSTALACIÓN - PUESTA EN MARCHA</p> <p>PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIERA CAPACITACIÓN PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, SE DEBERÁ ELABORAR LISTA DE ASISTENCIA CON LOS SIGUIENTES DATOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TÍTULO • TIPO DE ADJUDICACIÓN (LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SIMPLIFICADA O ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY ó POR MONTO) • NÚMERO DE LICITACIÓN EN CASO DE APLICAR. • NÚMERO DE CONTRATO Y/O PEDIDO

5 DE 6



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

Servicios de Salud

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

2023, 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE LOS BIENES DE PRIMER NIVEL LOS RENGLONES DEL 01 AL 116 (ENTREGA EN ALMACÉN) DEBERÁ APEGARSE A LO SIGUIENTE:


DICE	DEBE DECIR:
NOTA: TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE DE PRESENTARSE EN 3 JUEGOS ORIGINALES Y 3 COPIAS , TAMBIEN LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DEBERÁ ESTAR EN MEMORIA USB O CD.	<ul style="list-style-type: none">• ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO (NÚMERO DE RENGLÓN, CLAVE DE CUADRO BÁSICO (EN CASO DE APLICAR), DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE).• LUGAR Y FECHA DE LA CAPACITACIÓN• TURNO DEL PERSONAL QUE RECIBE LA CAPACITACIÓN• NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL QUE RECIBE LA CAPACITACIÓN• NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR• SELLO DEL HOSPITAL, JURISDICCIÓN SANITARIA O CENTRO DE SALUD• NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LA PERSONA DEL HOSPITAL, JURISDICCIÓN SANITARIA O CENTRO DE SALUD QUE AVALA LA CAPACITACIÓN
	<p>SE PONE A DISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, EN LA DIRECCIÓN: https://www.ssaver.gob.mx/almacenaje/ EN LA SECCIÓN "FORMATOS PARA ENTREGA" UNA PROPUESTA DE LISTA DE ASISTENCIA.</p> <p><i>(Handwritten signatures and initials are present across the page, indicating review and approval.)</i></p>

LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE LOS BIENES DE SEGUNDO NIVEL LOS RENGLONES DEL 117 AL 162 DEBERÁ APEGARSE A LO SIGUIENTE:

DICE	DEBE DECIR:
FACTURA	
* LA FACTURA DEBE REALIZARSE POR HOSPITAL, SEGÚN LO DIGA EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN.	
> DIRECCIÓN Y RFC DE SESVER	
> N° DE CONTRATO	
> TIPO DE ADJUDICACIÓN (LICITACIÓN PÚBLICA, SIMPLIFICADA O DIRECTA)	
> N° DE PARTIDA O RENGLÓN SEGÚN LO MENCIONE EL CONTRATO	
> UNIDAD DE MEDIDA	
> N° DE PARTIDA PRESUPUESTAL	
> N° DE PROCESO	
> CANTIDAD DE BIENES	
> N° DE CLAVE O CUADRO BÁSICO SEGUN ANEXO DEL CONTRATO	
> MARCA, MODELO Y N° DE SERIE (SI APLICA)	
> PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL.	
> FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
* NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS BIENES	
* NOMBRE, FIRMA, FECHA Y CARGO DE QUIEN RECIBE LOS BIENES	
* SELLO DEL HOSPITAL, JURISDICCIÓN SANITARIA O CENTRO DE SALUD	
* PARA LA ENTREGAR DE LA FACTURA, SE DEBE TRAER EL XML Y LA VERIFICACIÓN DEL SAT DEL EJERCICIO ACTUAL, CON SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN DEL BIEN EN EL HOSPITAL DENTRO DE LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADA EN EL CONTRATO.	
FACTURA	
1) REFERENTE A LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SE SUGIERE CONTEMPLAR LA DESCRIPCIÓN GENERAL COMO SE ESTIPULA EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, EN LA REMISIÓN Y CARTA GARANTÍA, DEBERÁ PLASMARSE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA COMO LO MENCIONA DICHO ANEXO.	
2) LA FACTURA DEBE REALIZARSE POR HOSPITAL, JURISDICCIÓN SANITARIA O CENTRO DESALUD, SEGÚN LO INDIQUE EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN.	
3) LOS DATOS BÁSICOS QUE DEBE CONTENER LA FACTURA SON LOS SIGUIENTES:	
• REQUISITOS FISCALES CONFORME ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN	
ENCABEZADO DE LA FACTURA:	
• DIRECCIÓN Y RFC DE PROVEEDOR Y SESVER	
• LUGAR DE ENTREGA	
• FECHA DE FACTURACIÓN	
CUERPO DE LA FACTURA:	
• NÚMERO RENGLÓN SEGÚN LO MENCIONE EL CONTRATO ó PEDIDO	
• CLAVE DE INSUMO CONFORME A CONTRATO Y CUADRO BÁSICO	
• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN CONFORME CONTRATO Y CUADRO BÁSICO	
• UNIDAD DE MEDIDA	
• MARCA Y MODELO	
• NÚMERO DE SERIE (SI APLICA)	
• CANTIDAD DE BIENES	
• PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL.	
OBSERVACIONES:	
• TIPO DE ADJUDICACIÓN (LICITACIÓN PÚBLICA, NACIONAL, SIMPLIFICADA O	
• ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY ó POR MONTO)	
• NÚMERO DE LICITACIÓN EN CASO DE APLICAR.	
• NÚMERO DE CONTRATO Y/O PEDIDO	
• FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FISE, FASSA, ASE ACREDITABLE, ASE LIQUIDA, SUBSIDIO ESTATAL, INGRESOS PROPIOS, AFASPE, COFEPRIS, ETC.)	
• NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTAL	
• NÚMERO DE PROCESO	
• UNIDAD APLICATIVA Y/O NOMBRE DEL PROGRAMA EN CASO DE APLICAR	
FIRMAS Y SELLOS POR PARTE DE SESVER	
• NOMBRE, FIRMA, FECHA Y CARGO DE QUIEN RECIBE LOS BIENES	
• SELLO DE RECEPCIÓN DEL BIEN EN EL HOSPITAL, JURISDICCIÓN SANITARIA O CENTRO DE SALUD	
• SELLO DE DESTINO ESPECÍFICO OTORGADOS POR EL ALMACÉN DE ACTIVO FIJO DE	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

2023, 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave: cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE LOS BIENES DE SEGUNDO NIVEL LOS RENGLONES DEL 117 AL 162 DEBERÁ APEGARSE A LO SIGUIENTE:

<p>DICE:</p> <p style="text-align: center;">DEBE DECIR:</p>	<p>OFICINAS CENTRALES.</p> <p>4) EN CASO FACTURAR PARA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AFASPE, LA FACTURACIÓN DEBE SER POR PROCESO.</p> <p>5) PARA RECABAR LOS SELLOS DE DESTINO ESPECÍFICO DEL ALMACÉN DE ACTIVO FÍJO SE DEBE PRESENTAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LA FACTURA (EN ARCHIVO IMPRESO Y DIGITAL) CON SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN DEL BIEN DE LA UNIDAD APLICATIVA, HOSPITAL O JURISDICCIÓN SANITARIA CORRESPONDIENTE - XML(EN ARCHIVO IMPRESO Y DIGITAL) - VERIFICACIÓN DEL SAT (IMPRESA), MISMA QUE DEBE SER DEL EJERCICIO EN CURSO. <p>6) EL JUEGO DE COPIAS DE FACTURA, XML Y VERIFICACIÓN DE SAT, DEBE SER CONFORME LO ESTIPULA LA CLÁUSULA DE ENTREGA DEL PRESENTE CONTRATO.</p> <p>RECOMENDACIÓN: SE PROPONE A LOS PROVEEDORES ENVIAR LA(S) PRE-FACTURA(S) A REVISIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO facturas.inventarios22@gmail.com ANTES DE TIMBRAR.</p>
<p style="text-align: center;">PADRON DE PROVEEDORES ANTE LA SEFIPLAN</p>	<p>>VIGENTE</p>
<p style="text-align: center;">POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO</p>	<p>* DATOS BASICOS QUE DEBE CONTENER LA FIANZA DE CUMPLIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> > NOMBRE DE LA AFIANZADORA > FECHA DE LA EXPEDICIÓN > N° DE FIANZA > MONTO > NOMBRE DE LA EMPRESA > N° DE CONTRATO > N° DE LICITACIÓN > FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2 DE 6

1

2 DE
28



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE LOS BIENES DE SEGUNDO NIVEL LOS RENGLONES DEL 117 AL 162 DEBERÁ APEGARSE A LO SIGUIENTE:

<p>DICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> > VIGENCIA 	<p>DEBE DECIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> > VIGENCIA 	<p>POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO</p> <p>* DATOS BASICOS QUE DEBE CONTENER LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> > NOMBRE DE LA AFIANZADORA > FECHA DE LA EXPEDICIÓN > N° DE FIANZA > MONTO > NOMBRE DE LA EMPRESA > N° DE CONTRATO > N° DE LICITACIÓN > FUENTE DE FINANCIAMIENTO > VIGENCIA
		<p>POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO</p> <p>* DATOS BASICOS QUE DEBE CONTENER LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> > NOMBRE DE LA AFIANZADORA > FECHA DE LA EXPEDICIÓN > N° DE FIANZA > MONTO > NOMBRE DE LA EMPRESA > N° DE CONTRATO > N° DE LICITACIÓN > FUENTE DE FINANCIAMIENTO > VIGENCIA
<p>ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN</p> <p>* EL ACTA DE ENTREGA SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR EN ARCHIVO EDITABLE PARA RECABAR LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES.</p> <p>* ESPECIFICAR DENTRO DEL CUERPO DEL ACTA LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> > N° DE CONTRATO > LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN > DESTINO DONDE SE ENTREGAN LOS BIENES > NOMBRE DE LA EMPRESA > FUENTE DE FINANCIAMIENTO > N° DE PARTIDA O RÉGIMEN 		
<p>ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN</p> <p>1) EL FORMATO DE ACTA LO PODRA DESCARGAR EL PROVEEDOR DEL PORTAL DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, EN LA DIRECCIÓN: https://www.saver.gob.mx/almacenaje/ EN LA SECCIÓN "FORMATOS PARA ENTREGA".</p> <p>2) EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NÚMERO DE CONTRATO • LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN • DESTINO DONDE SE ENTREGAN LOS BIENES • NOMBRE DE LA EMPRESA • FUENTE DE FINANCIAMIENTO 		



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

Servicios de Salud

MELLENA DE ORGULLO

2023. 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE LOS BIENES DE SEGUNDO NIVEL LOS RENGLONES DEL 117 AL 162 DEBERÁ APEGARSE A LO SIGUIENTE:

DICE	DEBE DECIR:
<ul style="list-style-type: none"> > NOMBRE DEL BIEN, MARCA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE (SI APPLICA) > CANTIDAD DE BIENES > PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUB TOTAL, IVA, TOTAL * LA FECHA DEL ACTA DEBERÁ COINCIDIR CON LA FECHA DE ENTREGA DE LA REMISIÓN * LAS FIRMAS DE LOS QUE PARTICIPAN DEBERAN SER: > POR PARTE DE LA EMPRESA: EL REPRESENTANTE LEGAL, > POR PARTE DE SESVER: DIRECTOR O ADMINISTRADOR, EL REPRESENTANTE DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD APLICATIVA. > 1 O 2 TESTIGOS. 	<ul style="list-style-type: none"> : NÚMERO DE PARTIDA : NÚMERO DE RENGLÓN : NOMBRE DEL BIEN, MARCA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE (SI APPLICA) * CANTIDAD DE BIENES 3) * PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUB TOTAL, IVA, TOTAL * LAS FIRMAS DE LOS QUE PARTICIPAN DEBERAN SER: POR PARTE DE LA EMPRESA: EL REPRESENTANTE POR PARTE DE SESVER: DIRECTOR O ADMINISTRADOR ó EL REPRESENTANTE DE INVENTARIOS ó EL DE RECURSOS MATERIALES DE LA UNIDAD APLICATIVA 1 O 2 TESTIGOS RECOMENDACIÓN: SE PROPONE A LOS PROVEEDORES ENVIAR EL FORMATO DE ACTA DEBIIDAMENTE REQUISITADO A REVISIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO facturas.inventarios22@gmail.com ANTES DE IMPRIMIR Y FIRMAR.

CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCTIMOS OCULTOS	
*DATOS BÁSICOS DE DEBEN CONTENER LAS CARTAS GARANTÍAS:	EL FORMATO DE CARTA LO PODRÁ DESCARGAR EL PROVEEDOR DEL PORTAL DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, EN LA DIRECCIÓN: https://www.saver.gob.mx/almacenaje/ EN LA SECCIÓN "FORMATOS PARA ENTREGA".
> FECHA	1) DATOS BÁSICOS QUE DEBEN CONTENER LA CARTA GARANTÍA:
> N° DE CONTRATO	<ul style="list-style-type: none"> * TÍTULO * LUGAR Y FECHA * NÚMERO DE CONTRATO * PROCESO DE ADQUISICIÓN * NÚMERO DE LICITACIÓN * FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FISE, FASSA, ASE ACREDITABLE, ASE LIQUIDA SUBSIDIO ESTATAL, INGRESOS PROPIOS, AFASPE, COFERPIS) * NOMBRE DEL PROVEEDOR * NOMBRE DE LA EMPRESA * TIEMPO DE GARANTÍA DEL BIEN
> TIEMPO DE GARANTÍA DEL BIEN	NÚMERO RENGLÓN SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO
> NÚMERO DE LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO
> N° DE PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD, MARCA Y MODELO
> N° DE PARTIDA O RENGLÓN SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTAL
> DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO	NÚMERO DE SERIE (SI APPLICA)
> CANTIDAD, MARCA Y MODELO	>PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL.
> N° DE SERIE (SI APPLICA)	>Número de Proceso
>PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL.	> FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4 DE 6

1

✓

✓

✓

✓

✓

✓



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

VERA
CRUZ



Servicios de Salud
de Veracruz

M E L L E N A D E O R G U L L O

2023, 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

**LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE LOS BIENES DE SEGUNDO NIVEL LOS RENGLONES DEL 117 AL 162 DEBERÁ
APEGARSE A LO SIGUIENTE:**

DICE	DEBE DECIR:
> FIRMA ORIGINAL DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, ASI COMO SELLOS Y FIRMA DE LA UNIDAD APLICATIVA	RECOMENDACIÓN: SE PROPONE A LOS PROVEEDORES ENVIAR EL FORMATO DE CARTA DEBIDAMENTE REQUISITADA A REVISIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO facturas.inventarios22@gmail.com ANTES DE IMPRIMIR Y FIRMAR.
REPORTE FOTOGRÁFICO	REPORTE FOTOGRÁFICO
> FORMATO PDF > DE 1 A 2 FOTOS POR CADA BIEN ENTREGADO CON NOMBRE EN PIE DE IMAGEN, NÚMERO DE RENGLÓN, MARCA, MODELO. > EN HOJA MEMBRETADA	> FORMATO PDF > DE 1 A 2 FOTOS POR CADA BIEN ENTREGADO CON NOMBRE EN PIE DE IMAGEN, NÚMERO DE RENGLÓN, MARCA, MODELO. > EN HOJA MEMBRETADA
OPINIÓN DE CUMPLIMENTO FISCALES	OPINIÓN DE CUMPLIMENTO FISCALES
> VIGENTE > POSITIVO	> VIGENTE > POSITIVO
REMISIONES	REMISIONES
*DATOS BASICOS DE DEBEN CONTENER LAS REMISIONES: > N° DE REMISIÓN > DIRECCIÓN Y RFC DE SESVER > FECHA > LUGAR DE ENTREGA > N° DE CONTRATO > N° DE LICITACIÓN > N° DE PROCESO > N° DE PARTIDA O RENGLO > N° DE CLAVE O CUADRO BÁSICO	*DATOS BASICOS DE DEBEN CONTENER LAS REMISIONES: > N° DE REMISIÓN > DIRECCIÓN Y RFC DE SESVER > FECHA > LUGAR DE ENTREGA > N° DE CONTRATO > N° DE LICITACIÓN > N° DE PROCESO > N° DE PARTIDA O RENGLO > N° DE CLAVE O CUADRO BÁSICO

G J
5 DE 6

E V D X

E V D X

G J



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

VERA
CRUZ

Servicios de Salud
de Veracruz

MELLENA DE ORGULLO

2023, 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

**LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE LOS BIENES DE SEGUNDO NIVEL LOS RENGLONES DEL 117 AL 162 DEBERÁ
APEGARSE A LO SIGUIENTE:**

DICE	DEBE DECIR:
> N° DE PARTIDA PRESUPUESTAL > FUENTE DE FINANCIAMIENTO > DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO > CANTIDAD, MARCA, MODELO Y N° DE SERIE (SI APLICA) > PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL. > NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN ENTREGA Y DE QUIEN RECIBE LA MERCANCIA > FIRMA ORIGINAL DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, ASI COMO SELLOS Y FIRMA DE LA UNIDAD APlicativa	> N° DE PARTIDA PRESUPUESTAL > FUENTE DE FINANCIAMIENTO > DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO > CANTIDAD, MARCA, MODELO Y N° DE SERIE (SI APLICA) > PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL. > NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN ENTREGA Y DE QUIEN RECIBE LA MERCANCIA > FIRMA ORIGINAL DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, ASI COMO SELLOS Y FIRMA DE LA UNIDAD APlicativa

ACTA DE ACTA DE CAPACITACIÓN - INSTALACIÓN - PUESTA EN MARCHA CAPACITACIÓN - INSTALACIÓN - PUESTA EN MARCHA	ACTA DE ACTA DE CAPACITACIÓN - INSTALACIÓN - PUESTA EN MARCHA CAPACITACIÓN - INSTALACIÓN - PUESTA EN MARCHA
* LA ACTA DEBERÁ CONTENER LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: NOMBRE, FECHA, FIRMA, DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO (MARCA, MODELO Y NÚMERO (S)) DE SERIE (S) Y NOMBRE DE QUIEN IMPARTIO EL CURSO (ESTO EN CASO DE QUE EL EQUIPO REQUIERA DE SU CAPACITACION)	* LA ACTA DEBERÁ CONTENER LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: NOMBRE, FECHA, FIRMA, DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO (MARCA, MODELO Y NÚMERO (S)) DE SERIE (S) Y NOMBRE DE QUIEN IMPARTIO EL CURSO (ESTO EN CASO DE QUE EL EQUIPO REQUIERA DE SU CAPACITACION)

* LISTADO CON NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN
NOTA: TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE DE PRESENTARSE EN **2 JUEGOS ORIGINALES Y 3 COPIAS,** TAMBIEN LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR **DEBERÁ ESTAR EN MEMORIA USB O CD.**