



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-103T00000-001-2024, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO."

En la ciudad de Xalapa – Enríquez, Veracruz, siendo las **12:30 horas** del día **15 de abril del 2024**, de conformidad con lo dispuesto en el **punto 6** de las bases de licitación y con fundamento en lo previsto por el Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales de Servicios de Salud de Veracruz, sita en Soconusco N° 31, colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., los C.C. **Lic. Facundo Valdivia Cadena**, Subdirector de Recursos Materiales; **M.F. Verónica Ramón Cortina**, Jefa del Departamento de Adquisiciones; **L.A.E. Patricia Gaona Hernández**, Jefa del Departamento de Apoyo Tecnológico a Hospitales y **Ing. Norma Elizabeth Rodríguez Toral**, representantes de la Dirección de Atención Médica; **Lic. Elsa María Villaraux Cervón**, representante de la Dirección Jurídica; **Ing. Juan Manuel Reyes Fuentes**, cotizador adscrito al Departamento de Adquisiciones, todos servidores públicos de Servicios de Salud de Veracruz e integrantes de la comisión de licitación. Asimismo, se cuenta con la presencia de los CC. **MSI. Karlo Pommier Granillo** y **Lic. Itzarelli Saray García Lara**, representantes del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, designados mediante oficio No. **OIC/SS-SESVER/FI/967/2024**; también se cuenta con la participación de la **C. Karla Haydee Mendoza Olmos**, testigo social con número de registro **CGE-PF-001-2024**, designada mediante oficio N° **CGE/DGFI/0289/04/2024**, a efecto de llevar a cabo el acto de junta de aclaraciones de la **Licitación Pública Estatal No. LPE-103T00000-001-2024**, relativa a la contratación abierta del **"Suministro de Insumos Para El Servicio De Terapia De Cierre Asistido Por Vacío."**

El acto de junta de aclaraciones se celebra bajo el siguiente orden del día: -----

- 1.- Presentación de los servidores públicos.-----
- 2.- Modificaciones a las bases de la licitación. -----
- 3.- Respuestas a las preguntas de la(s) empresa(s) licitante(s). -----
- 4.- Cierre del acta y firma de la misma, por todos los participantes en el evento. -----

-----HECHOS-----

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°. LPE-103T00000-001-2024 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO."

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco #31 Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx

Página 1 de 10



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz

1.- En desahogo del punto número uno del Orden del día, se procede a la presentación de los Servidores Públicos e Integrantes de la Comisión de Licitación. -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

| NOMBRE | CARGO |
|--------------------------------------|---|
| Lic. Facundo Valdivia Cadena | Subdirector de Recursos Materiales |
| M.F. Verónica Ramón Cortina | Jefa del Departamento de Adquisiciones |
| L.A.E. Patricia Gaona Hernández | Jefa del Departamento de Apoyo Tecnológico a Hospitales |
| Ing. Norma Elizabeth Rodríguez Toral | Representante de la Dirección de Atención Médica |
| Lic. Elsa María Villaraux Cervón | Representante de la Dirección Jurídica |
| Ing. Juan Manuel Reyes Fuentes | Cotizador Adscrito al Departamento de Adquisiciones |
| C. Karla Haydee Mendoza Olmos | Testigo Social |

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

| NOMBRE | CARGO |
|----------------------------------|---|
| MSI. Karlo Pommier Granillo | Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud De Veracruz. |
| Lic. Itzarelli Saray García Lara | |

2.- En desahogo del punto número dos del orden del día, se procede a hacer del conocimiento de los asistentes las **modificaciones a las bases**, realizadas por la convocante, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el **punto 18.1** de las bases, que a la letra dice "la comisión de licitación, podrá modificar el contenido de estas bases durante la celebración de la junta de aclaraciones, debiendo dar aviso de las modificaciones a los participantes. Para aquellos que no acudan a la junta de aclaraciones, dichas modificaciones podrán ser consultadas a través de la página <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2024/licitaciones-publicas-estatales-2024/>"-----

MODIFICACIONES A LAS BASES

Modificación 1:

| DICE: | DEBE DECIR: |
|--|---|
| Punto 7.2.20. Presentar fotocopia de dos contratos formalizados con cualquier entidad | Punto 7.2.20. Presentar Fotocopia De Dos Contratos Celebrados En Los Ejercicios |

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°. LPE-103T00000-001-2024 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO."

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



pública o privada o dependencia de esta u otra entidad federativa por la venta de insumos de iguales o similares características descritas en el **Anexo Técnico 3** de las presentes bases. Así mismo deberán adjuntar documentos que amparen el cumplimiento total de los contratos.

2021, 2022 o 2023, Formalizados Con Cualquier Entidad Pública O Privada O Dependencia De Esta U Otra Entidad Federativa por la venta de insumos de iguales o similares características descritas en el **Anexo Técnico 3** de las presentes bases. Así mismo deberán adjuntar documentos que amparen el cumplimiento total de los contratos presentados (Facturas, Actas De Entrega Recepción, Etc.).

Modificación 2:

Solicitada mediante oficio número **SESVER/DAM/SAH/DATH/5470/2024**, de fecha **11 de abril del 2024**, firmado por la **Dra. María de los Ángeles Pérez Gil**, Encargada de la **Dirección de Atención Médica**.

| DICE: | DEBE DECIR: |
|--|---|
| CANISTER Recolector de fluidos para unidad de terapia de V.A.C., graduado de cloruro de polivinilo de alta densidad, transparente con capacidad de 800ML a 1000ML, graduado, con sobre de sustancias químicas con la propiedad de gelificar el exudado, unido a tubo central para la recolección de los fluidos de la herida y tubo periférico que transmite la presión del lecho de la herida al equipo de terapia y un cople para unirse al tubo de succión. | CANISTER Recolector de fluidos para unidad de terapia de cierre asistido por vacío , graduado de cloruro de polivinilo de alta densidad, transparente con capacidad de 800ML a 1000ML, graduado, con sobre de sustancias químicas con la propiedad de gelificar el exudado, unido a tubo central para la recolección de los fluidos de la herida y tubo periférico que transmite la presión del lecho de la herida al equipo de terapia y un cople para unirse al tubo de succión. |

3.- En desahogo del punto número tres del orden del día, se procede a dar respuesta a las preguntas realizadas en tiempo y forma por los licitantes de acuerdo al oficio **SESVER/DAM/SAH/DATH/5470/2024**, de fecha 11 de abril del 2024, firmado por la Dra. María de los Ángeles Pérez Gil, encargada de la Dirección de Atención Médica -----

Licitante: Sara Diaz Montes

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

| No. | PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|-----|-----------|------------|
|-----|-----------|------------|

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°. LPE-103T00000-001-2024 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO."

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





| | | |
|---|---|--|
| 1 | Se le solicita a la convocante humildemente si acepta contratos del 2024 que tengan finalización reciente de los primeros 10 días del mes de abril ¿acepta? | Apegarse a la modificación 1 de la presente junta de aclaraciones |
|---|---|--|

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

| No. | PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|-----|---|--|
| 1 | <p>CANISTER: Recolector, se le solicita a la convocante humildemente nos permita la libre participación para ofertar recolector de 800 MI, con tapa de seguridad en la conexión del recolector graduado y con sustancias químicas en su interior, lo que disminuye la contaminación externa mismo que es compatible con el equipo de presión negativa que esta convocante solicita.</p> <p>Recolector de fluidos para unidad de terapia V.A.C., graduado de cloruro de polivinilo de alta densidad, transparente con capacidad de 800ml a 1000ml, graduado, con sobre de sustancias químicas con la propiedad de gelificar el exudado, unido a tubo central para la recolección de los fluidos de la herida y tubo periférico que transmite la presión del lecho de la herida al equipo de terapia y un cople para unirse al tubo de succión.</p> <p>¿Se acepta?</p> | Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes. |
| 2 | <p>PAQUETE CHICO: Se le solicita a la convocante humildemente nos permita la libre participación para ofertar paquete que incluye una espuma de poliuretano de 400 a 600 micras de porosidad de forma rectangular de 10cm x 8cm x 3cm, un puerto de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión y un apósito de marco de ventana para fijación, con cuatro películas transparentes de 20cm x 30cm con indicadores numéricos para su fácil aplicación con alta transmisión de vapor de agua. Presentación paquete, para su uso con equipo médico en conjunto con 1 apósito</p> | No se puede responder la pregunta, debido a que, ni el anexo dos o ficha técnica, se solicita paquete chico. |

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°. LPE-103T00000-001-2024 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO."

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





| | | |
|---|---|--|
| | flexible antimicrobiano impregnado con nanocrisales de plata de 70 a 100 ppm, que tiene un mallado de tejido abierto 100% poliéster, que permite el paso del exudado, con efectividad comprobada de más de 360 patógenos, manteniendo la barrera antimicrobiana un mínimo de 3 días, medida 10x10cm. ¿Se acepta? | |
| 3 | PAQUETE GRANDE: Se le solicita a la convocante humildemente nos permita la libre participación para ofertar paquete que incluye una espuma de poliuretano de 400 a 600 micras de porosidad de forma rectangular de 25cm x 15cm x 3cm, un puerto de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión y un apósito de marco de ventana para fijación, con cuatro películas transparentes de 20cm x 30cm con indicadores numéricos para su fácil aplicación con alta transmisión de vapor de agua. Presentación paquete para su uso con equipo médico en conjunto con 3 apósitos flexibles antimicrobianos impregnados con nanocrisales de plata de 70 a 100 ppm, que tiene un mallado de tejido abierto 100% poliéster, que permite el paso del exudado, con efectividad comprobada de más de 360 patógenos, manteniendo la barrera antimicrobiana un mínimo de 3 días, medida 10x10cm. ¿Se acepta? | No se puede responder la pregunta; Debido a que, ni el anexo dos o ficha técnica, se solicita paquete grande. |
| 4 | PAQUETE MEDIANO: Se le solicita a la convocante humildemente nos permita la libre participación para ofertar paquete que incluye una espuma de poliuretano de 400 a 600 micras de porosidad de forma rectangular de 20cm x 12.5cm x 3cm, un puerto de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión y un apósito de marco de ventana para fijación con dos películas transparente de 20cm x 30cm con indicadores numéricos para su | No se puede responder la pregunta; Debido a que, ni el anexo dos o ficha técnica, se solicita paquete mediano. |

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°. LPE-103T00000-001-2024 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO."

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





| | | |
|---|---|--|
| | fácil aplicación con alta transmisión de vapor de agua. Presentación paquete, para su uso con el equipo médico en conjunto con 2 apósitos flexibles antimicrobianos impregnados con nanocristales de plata de 70 a 100 ppm, que tiene un mallado de tejido abierto 100% poliéster, que permite el paso del exudado, con efectividad comprobada de más de 360 patógenos, manteniendo la barrera antimicrobiana un mínimo de 3 días, medida 10x10cm. ¿Se acepta? | |
| 5 | Se le solicita a la convocante humildemente que confirme la medida de aposito PVA, aposito blanco. Ya que la medida en tamaño grande es 10cm por 15cm y grosor de 0.9cm. ¿se acepta? | La medida del apósito blanco grande es de 7.5cms x 15 cms y grosor de 0.9 cms. Se acepta su propuesta de 10 cms x 15 cms y grosor de 0.9 cms, sin ser limitante para los demás participantes |
| 6 | Solicitamos a la convocante humildemente que: Relacionado al equipo que se solicita que se entregue en comodato, acepte nuestra propuesta de entregar y suministrar la nueva tecnología equipo de terapia de presión negativa y tratamiento de heridas, sistema de tratamiento de heridas mediante presión negativa. El sistema consiste en una bomba de succión que genera presión negativa sistema digital de elección de presión de -25 a -200 MMHG. Que se puede tener presión negativa continua o intermitente, regular los dos modelos de manejo de presión en alta y baja para quedar dentro de los criterios técnicos médicos, múltiples alarmas de seguridad con volumen ajustable. Y diferentes tipos de drenajes y apósitos que se aplican según el tipo de herida y la cantidad del exudado. Su diseño es más ergonómico para el manejo del área usuaria y permite la aplicación de presión negativa localizada en el sitio de la herida. ¿Se acepta? | Las características solicitadas en ficha técnica, son las características mínimas que deben tener los equipos que oferten, sin ser limitante para los demás participantes, por lo que puede ofertar características propias de la tecnología ofertada, siempre y cuando demuestre la igualdad o mejora de las características o tecnología ofertada. |

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°. LPE-103T00000-001-2024 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO."

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





| | | |
|---|--|---|
| 7 | <p>Se le solicita a la convocante humildemente con relación a los equipos de presión negativa, acepte la propuesta de comodato una unidad de presión negativa que no cuente con el sistema de instilación e irrigación ya que los insumos solicitados en este evento licitatorio no son compatibles para el uso de instilación e irrigación, es mejor un equipo con tecnologías ajustables que favorezcan a la pronta cicatrización del usuario final una ergonomía de dimensiones 180 x 190 x 76 mm with para recolector de 800 MI con peso de 1.1 Kg, modo de operación, continuo/intermitente/ajustable intermitente, rango de vacío -25 to a 200MMHG, fuente de alimentación con batería de lithium ion recargable, indicadores vacuum, fuga, bloqueo, batería baja, recipiente lleno o completo, falla de dispositivo, inactivo, mantenimiento continuo, capacidad de canister de 300 y 800 MI, con una batería que retiene la energía hasta por 10 o 16 horas en uso continuo de operación de 25 NNHG y 200 MMHG, y recarga de batería en tan solo 1 a 3 horas en uso. ¿Se acepta?</p> | <p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.</p> |
|---|--|---|

PROVEEDOR: DESECHABLES QUIRURGICOS GARCO, S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

| No. | PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|-----|--|--|
| 1 | <p>Se le solicita al área requirente presentar como evidencia y Profesionalismo en la Atención de Presión Negativa o cierre Asistido al Vacío, ordenes de pedido de diferentes entidades ya que siempre ha sido la vía más rápida para presentar este servicio ¿Convocante acepta?</p> | <p>Se acepta sin ser limitante, todo instrumento jurídico celebrado en los ejercicios 2021, 2022 o 2023, formalizados con cualquier entidad pública o privada o dependencia de esta u otra entidad federativa por la venta de insumos de iguales o similares características descritas en el Anexo Técnico 3 de las presentes bases. Así mismo deberán adjuntar documentos que amparen el cumplimiento total de</p> |

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°. LPE-103T00000-001-2024 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO."

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





| | | |
|---|---|--|
| | | los contratos presentados (Facturas, Actas De Entrega Recepción, Etc.). |
| 2 | Se solicita al área requirente si acepta como evidencia contratos que aun estén vigentes en el 2024 como evidencia en el punto 7.2.20 | Apegarse a la modificación 1 de la presente junta de aclaraciones |
| 3 | Se le solicita área requirente nos permita presentar como evidencia contratos públicos y privados que no sean exclusivos de terapia de Presión negativa ya que la empresa es diversificada en la venta de Material de Curación, Medicamentos, Equipo Médico, y Terapia de Presión Negativa, | Apegarse a la modificación 1 de la presente junta de aclaraciones |

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

| No. | PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|-----|--|--|
| 1 | Se le solicita al área requirente que el ganador del paquete de todas las partidas será el mismo que suministre el Apósito Blanco Grande de Poro Cerrado | De acuerdo a bases punto 1.3 "la adjudicación se otorgará por el total de los renglones que integran el suministro solicitado en los anexos técnicos 2, 3, 4 y ficha técnica..." |

Concluye la etapa de preguntas y respuestas presentadas en tiempo y forma. -----

Para efectos de la notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia de esta acta en el Departamento de Adquisiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica:

<https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2024/licitaciones-publicas-estatales-2024/> significando que todos los acuerdos tomados en la presente serán obligatorios para todos los licitantes. -----

Se reitera a los participantes que deberán presentar en su propuesta técnica, **ACUSE (CON SELLO ORIGINAL) del escrito bajo protesta de decir verdad en el que el licitante manifieste que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se genera un conflicto de interés, el cual el licitante debió haber presentado al Órgano Interno de Control ANTES DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.** En caso de que sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°. LPE-103T00000-001-2024 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO."

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





sobre la sociedad. **Anexo N° 8**, solicitado en el numeral **7.2.13.**, de las bases de licitación.-

Se informa que deberán apegarse a lo establecido en las bases de participación y sus modificaciones, así como en los Artículos 26 fracción I, 27 fracción II, y demás relativos de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Finalmente, se les recuerda que el **acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas** se llevará a cabo el día **18 de abril de 2024, a las 13:00 horas**, en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales de Servicios de Salud de Veracruz, sito en Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, de esta ciudad de Xalapa, Ver.

4. - En desahogo del punto número cuatro no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta siendo **las 13:20 horas** del día de su inicio, firmando al margen y al calce a entera satisfacción los que en ella intervinieron, la falta de firma de algunos de los participantes en este acto no invalida el contenido de la misma.

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES

M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

**L.A.E. PATRICIA GAONA
HERNÁNDEZ**

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO
TECNOLÓGICO A HOSPITALES

**ING. NORMA ELIZABETH RODRÍGUEZ
TORAL**

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°. LPE-103T00000-001-2024 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO."

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**LIC. ELSA MARIA VILLARAUX
CERVÓN**

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA

ING. JUAN MANUEL REYES FUENTES

COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|---|---|-------|
| MSI. KARLO POMMIER GRANILLO | REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. | |
| LIC. ITZARELLI SARAY GARCÍA LARA | | |

TESTIGO SOCIAL

| NOMBRE | TESTIGO SOCIAL | FIRMA |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| C. KARLA HAYDEE MENDOZA OLMOS | | |

*****FIN DEL ACTA*****

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°. LPE-103T00000-001-2024 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO."

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°. LPE-103T00000-001-2024 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO."

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN