



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVR
Servicios de Salud
de Veracruz

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS **09:30 HORAS** DEL DÍA **17 DE ABRIL DE 2024**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PUNTO **6** DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE ENCUENTRAN REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS **C.C. LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; **M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES; **L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA; **LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **C. LUZ H. PIZAÑA HERNÁNDEZ**, COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS ELLOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASÍ MISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DEL **ARQ. ALBERTO SAMUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ** Y EL **M.S.I. KARLO POMMIER GRANILLO**, REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; DESIGNADOS MEDIANTE OFICIO NÚMERO **OIC/SS-SESVR/FI/951/2024**; TAMBIÉN SE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DEL **C. JUAN MANUEL RAMÍREZ BARRRANCO**, TESTIGO SOCIAL CON NÚMERO DE REGISTRO **CGE-PF-002-2024**, DESIGNADO MEDIANTE OFICIO N° **CGE/DGFI/304/04/2024**, A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ" -----

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"



[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

- 1.- PRESENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS-----
- 2.- PRESENTACIÓN DE LOS LICITANTES. -----
- 3.- MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. -----
- 4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES. -----
- 5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA. -----

-HECHOS-

- 1.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
C. LUZ H. PIZAÑA HERNÁNDEZ	COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 2 de 37

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

<p>M.S.I. KARLO POMMIER GRANILLO</p>	<p>REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.</p>
<p>ARQ. ALBERTO SAMUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ</p>	

POR EL TESTIGO SOCIAL

<p>C. JUAN MANUEL RAMÍREZ BARRRANCO</p>	<p>TESTIGO</p>
--	----------------

2 EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES: -----

POR LOS LICITANTES

LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
<p>IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.</p>	<p>C. ERIK SÁNCHEZ HERNÁNDEZ</p>
<p>EQUIPOS Y SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.</p>	<p>C. ANA VICTORIA HERNÁNDEZ POZO</p>

3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES LAS **MODIFICACIONES A LAS BASES**, REALIZADAS POR LA CONVOCANTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL **PUNTO 19.1** DE LA BASES, QUE A LA LETRA DICE "....LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, PODRÁ MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTAS BASES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DEBIENDO DAR AVISO DE LAS MODIFICACIONES A LOS PARTICIPANTES, PARA AQUELLOS QUE NO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]



ACUDAN A LA JUNTA DE ACLARACIONES, DICHAS MODIFICACIONES PODRÁN SER CONSULTADAS EN EL SITIO <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2024>." -----

DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NÚMERO SESVER/DAM/SAH/DATH/5570/2024, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, SIGNADO POR LA DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ GIL, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA, SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACIÓN:

I. ACLARACIONES A LAS BASES

DE ACUERDO AL NUMERAL 1.11 Y DOCUMENTO 31, RELACIONADO CON LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES, SE ACLARA LO SIGUIENTE:

LAS UNIDADES MÉDICAS "HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NAUTLA DR. GERARDO DÍAZ MORALES" Y "HOSPITAL NUEVO NARANJOS", A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN, POR LO QUE LA FALTA DE VISITAS A ESTAS UNIDADES NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ASÍ MISMO, PARA EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, LE SERÁ NOTIFICADO CON ANTICIPACIÓN, LA APERTURA DE OPERACIONES PARA QUE PUEDA PROGRAMAR EL INICIO DEL SERVICIO.

EN CASO DE NO ENCONTRARSE EL DIRECTOR Y/O ADMINISTRADOR PARA LA FIRMA Y EL SELLO DE LA VISITA, PODRÁ FIRMAR EL PERSONAL ASIGNADO POR EL ADMINISTRADOR O JEFE DEL SERVICIO, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES.

**MODIFICACIÓN 1
PUNTO 8.1**

SE AGREGA EL DOCUMENTO 33: ESCRITO LIBRE EN EL QUE EL(LOS) LICITANTE(S), MANIFIESTE(N) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE SER ADJUDICADO(S), AL FINALIZAR EL PERIODO CONTRATADO, DEBERÁ(N) PROPORCIONAR EN MEDIO ELECTRÓNICO, A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS QUE GENERE(N) DURANTE EL PERIODO CONTRATADO.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

MODIFICACIÓN 3
DICE:
ANEXO 16 LOTE A

PROPUESTA TÉCNICA
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-007-2024
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
IMAGENOLÓGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ.

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR, DIRECCIÓN Y TELÉFONO

No.	Equipo/Hospital	Hospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachon	Hospital Regional de Poza Rica	Hospital Regional de Coahuaco Dr. Valentín Gómez Farías	Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio	Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (Infantil de Veracruz)	Hospital General de Tuxtla (Veracruz)	Hospital General de Boca del Río	Hospital Regional de Río Blanco	Hospital General Tuxpan Dr. Emilio Alcazar	Centro Estatal de Oncología Dr. Manuel Dorantes Mesa	Hospital General Córdoba Yanga	Hospital General Martínez de la Torre Dr. Manuel Ávila Camacho	Hospital General Cosamaloapan Dr. Victor M. Pitalúa González	Hospital General de Minatitlán	Hospital General Tantoyuca	Hospital General Panuco Dr. Manuel I. Ávila	Hospital General de Oluta-Acayucan	Hospital General Perote Veracruz	Hospital de la Comunidad de Nautla Dr. Gerardo Díaz Morales	Hospital Nuevo Naranjos	
1	Sala de Rayos X Digital	1	1	1	1	2	1	1				1		1	1					1		
2	Rayos x móvil digital	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1			1		1	1	1				
3	Digitalizador CR (Computed Radiography) para Radiología General		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4	Digitalizador CR (Computed Radiography) para alta productividad	1																				
5	Carro para estación de visualización móvil para quirófano	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1			
6	Mastógrafo analógica			1																		
7	Mastógrafo digital de campo completo		1		1	1					1											1
8	Estación de Diagnóstico avanzado para mastografía	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1											

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 6 de 37

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

DEBE DECIR
ANEXO 16 LOTE A

PROPUESTA TÉCNICA
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-007-2024
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
IMAGENOLÓGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS
DE SALUD DE VERACRUZ.

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR, DIRECCIÓN Y TELÉFONO

No.	Equipo/Hospital	Hospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón	Hospital Regional de Poza Rica	Hospital Regional de Coatzacoalcos Dr. Valentín Gómez Farias	Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio	Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (Infantil de Veracruz)	Hospital General de Tarrimoya (Veracruz)	Hospital General de Boca del Río	Hospital Regional de Río Blanco	Hospital General Tuxpan Dr. Emilio Alcazar	Centro Estatal de Oncología Dr. Manuel Dorantes Mesa	Hospital General Córdoba Yanga	Hospital General Martínez de la Torre Dr. Manuel Ávila Camacho	Hospital General Cosamaloapan Dr. Víctor M. Pitalúa González	Hospital General de Minatitlán	Hospital General Tantoyuca	Hospital General Panuco Dr. Manuel I. Avila	Hospital General de Oluata Acayucan	Hospital General Perote Veracruz	Hospital de la Comunidad de Nautla Dr. Gerardo Díaz Morales	Hospital Nuevo Naranjos
1	Sala de Rayos X Digital	1	1	1	1	2	1	1				1		1	1				1		
2	Rayos x móvil digital	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			
3	Digitalizador CR (Computed Radiography) para Radiología General		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	Digitalizador CR (Computed Radiography) para alta productividad	1																			
5	Carro para estación de visualización móvil para quirófano	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	Mastógrafo analógica			1																	
7	Mastógrafo digital de campo completo		1		1	1					1										1
8	Estación de Diagnóstico avanzado para mastografía	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1										1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 7 de 37

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

MODIFICACIÓN 4

DICE:

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPUESTA TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-007-2024
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.
FICHAS TÉCNICAS

LOTE A

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
RAYOS X MÓVIL DIGITAL	

CRIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
ASE ACREDITABLE	21999	32401		EQUIPO	12

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE:

1. — Generador de rayos x
2. — Potencia: 40kw
3. — Alimentación :230v, 50/ 60 hz
4. — Rango de kv: 40 - 125kv, pasos de 1kv
5. — Rango de ma: 10 a 500 ma
6. — Rango de más: 0.1 a 500 mas
7. — Mesa del paciente
8. — Movimiento de la superficie de la mesa, longitudinal : 1,000(±500)mm
9. — Movimiento de la superficie de la mesa, transversal(lateral): 250(±125)mm
10. — Peso máximo del paciente: 300kg
11. — Soporte vertical de pared
12. — Recorrido: vertical 1,640mm (420 a 2,060mm)
13. — Soporte del tubo montado al suelo
14. — Ángulo de rotación del tubo: ±135°
15. — Recorrido longitudinal del tubo: 2,200mm
16. — Tubo de rayos x
17. — Tamaño del punto focal : 0.6/1.5mm
18. — Capacidad calorífica del ánodo: 200khu
19. — Colimador:
20. — Tamaño máx. Del campo: más de 43x43cm(17x17puig) a 100cm sid
21. — Detector digital plano:
22. — Profundidad de imagen de 16 bit
23. — Con matriz de 2836 x 2336 pixeles
24. — De Cesio
25. — Tamaño de detector (14x17")
26. — Tamaño de pixel de 150 micrones
27. — DQE de 72%
28. — Protección contra líquidos IPX4
29. — Funcionamiento inalámbrico
30. — Registro sanitario vigente o DOF.
31. — Garantía durante la prestación del servicio.
32. — Que incluya mantenimiento preventivo y/o correctivo, o en su caso sustitución de acuerdo a las bases de licitación.
33. — Instalación, puesta en marcha y capacitación al usuario en el lugar de destino del equipo.
34. — Certificado de buenas prácticas de fabricación de COFEPRIS o ISO 9001-2000 vigente (fabricantes nacionales) o TUV, CE, FDA (fabricantes extranjeros).
35. — Manuales de operación en español.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 8 de 37

2024-200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal,
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz.
Tel. (228) 842 3000, Ext. 3507.
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz

**MODIFICACIÓN 4
DEBE DECIR:**

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPUESTA TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-007-2024
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES
HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

FICHAS TÉCNICAS
LOTE A
FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
RAYOS X MÓVIL DIGITAL	

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
ASE ACREDITABLE	21999	32401		EQUIPO	12

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE:

1. _ Generador de rayos x
2. _ Potencia de 2.5 kw
3. _ Corriente de 35 ma
4. _ Ajuste de kilovoltaje pico de 40 kv a 100 kv en pasos de 1 kv
5. _ Tubo de rayos x
6. _ Punto focal de 1.2 mm
7. _ Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 50 khu
8. _ Detector digital plano:
9. _ Adquisición o lectura de escala de grises de 16 bits
10. _ Matriz de 2800 x 2300 pixeles o mayor
11. _ Plano de ioduro de cesio u oxisulfuro de gadolinio
12. _ Tamaño de 35 cm. X 43 cm. (14" x 17") o 43 cm. X 43 cm (17" x17")
13. _ Tamaño del pixel de 150 micrones o menor
14. _ Conexión alámbrica e inalámbrica del detector
15. _ Almacenamiento interno del detector de al menos 100 imágenes
16. _ Rodamiento con sistema de frenado
17. _ Peso de 100 kg. o menor
18. _ Con baterías para la exposición, no motorizado
19. _ Cajón portadetector con carga eléctrica para el detector
20. _ DICOM
21. _ Con unidad de grabación USB
22. _ Panel de operación flexible con movimientos de rotación, inclinación y ajuste de altura
23. _ Registro sanitario vigente o DOF.
24. _ Garantía durante la prestación del servicio.
25. _ Que incluya mantenimiento preventivo y/o correctivo, o en su caso sustitución de acuerdo a las bases de licitación.
26. _ Instalación, puesta en marcha y capacitación al usuario en el lugar de destino del equipo.
27. _ Certificado de buenas prácticas de fabricación de COFEPRIS o ISO 9001-2000 vigente (fabricantes nacionales) o TUV, CE, FDA (fabricantes extranjeros).
28. _ Manuales de operación en español.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 9 de 37

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

(Handwritten signatures and marks)



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

4.-

EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA,
SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS
EN TIEMPO Y FORMA POR LOS LICITANTES. -----

VE+, S.A.P.I. DE C.V.

A). DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. "DOCUMENTO 1", DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE HABER REALIZADO EL PAGO DE BASES A TRAVÉS DE DEPÓSITO BANCARIO (NO EN CAJA DE SESVER), SERÁ INDISPENSABLE PRESENTAR EL COMPROBANTE DEL BANCO EN LAS OFICINAS DE SESVER DENTRO DEL PERIODO DE COMPRA DE BASES ESTABLECIDO, A EFECTOS DE QUE NOS SEA EMITIDO EL COMPROBANTE DE PAGO DE SESVER DONDE SE ESPECIFIQUE A QUE PROCEDIMIENTO CORRESPONDE DICHO PAGO, ASÍ COMO LA FECHA PARA VERIFICAR SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE COMPRA ESTABLECIDO EN LAS BASES, TODA VEZ QUE ESTÁN TRANSCURRIENDO DIFERENTES PROCESOS LICITATORIOS AL MISMO TIEMPO EN SESVER Y EL COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL BANCO PODRÍA SER USADO EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DEBIDO A QUE NO ESPECIFICA A QUE NÚMERO NI NOMBRE DE LICITACIÓN CORRESPONDE?</p>	<p>EN EL DEPÓSITO BANCARIO QUE REALICE DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO DE PROCESO LICITATORIO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO EN EL COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; DICHA INFORMACIÓN SERÁ VERIFICADA POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.</p>
<p>2. "DOCUMENTO 32", DE LA PROPUESTA TÉCNICA, A FIN DE EVITAR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS Y PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DEL</p>	<p>APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11. DE LA DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES, DONDE ESTABLECE:</p>

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 10 de 37

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





<p>MERCADO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NO PERMITA LA ENTREGA DE CARTAS RESPALDO EMITIDAS POR EMPRESAS QUE PARTICIPEN Y/O COMPREN BASES A OTRAS EN EL MISMO PROCESO LICITATORIO O SEAN A TODA LUZ DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL; SALVAGUARDANDO EL PRINCIPIO DE QUE EN ESTE PROCESO NO SE ACEPTAN PARTICIPACIONES CONJUNTAS.</p>	<p>PUNTO 11.1, PÁRRAFO TERCERO. DE IGUAL FORMA, SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE ENTRE SÍ SE OTORGUEN Y/O RECIBAN CARTAS DE APOYO QUE PRESENTEN PARA ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.</p>
<p>3. DE LA PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 16, LOTE "A" Y "B") Y PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 18 Y 18A), SOLICITADAS EN MEMORIA USB O CD, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA INCLUIRLAS INDISTINTAMENTE EN FORMATO WORD O EXCEL DE OFFICE 2003-2007, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. "DOCUMENTO 26", DE LA PROPUESTA TÉCNICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DE QUIEN RESULTE ADJUDICADO; SEA OBLIGATORIO ADJUNTAR COPIA LEGIBLE DEL CERTIFICADO ISO 9001:2015 VIGENTE A NOMBRE DEL PARTICIPANTE, CON EL ALCANCE MÍNIMO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA?</p>	<p>PODRÁ INCLUIR LA DOCUMENTACIÓN QUE SOLICITA, DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 11 de 37





2. FICHA TÉCNICA "SISTEMA CLÍNICO ELECTRÓNICO", SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERÁ NECESARIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, A RESPALDAR (ALMACENAR) EN EL SOFTWARE OFERTADO, LOS ESTUDIOS PREVIOS A ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO O SOLO LOS QUE SE GENEREN A PARTIR DEL COMIENZO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

DEBERÁ RESPALDAR LA INFORMACIÓN QUE SE GENERE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

3. FICHA TÉCNICA "TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE 128 CORTES", "ESPECIFICACIÓN 57: DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO EN EL HOSPITAL GENERAL CORDOBA-YANGA PARA QUE EN SU LUGAR SEA INSTALADO EL EQUIPO OBJETO DE ESTA FICHA", SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL PROCESO DE LA DESINSTALACIÓN SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA Y EL RESGUARDO, TRANSPORTACIÓN AL DESTINO FINAL, ASÍ COMO LA BAJA DEL EQUIPO CON SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE SERÁ DE ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE. ¿ES CORRECTO?

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

4. FICHA TÉCNICA "SISTEMA CLÍNICO ELECTRÓNICO", SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA CONVOCANTE SEA OBLIGATORIO PRESENTAR EN EL "DOCUMENTO 32" UNA CARTA ADICIONAL DE RESPALDO DEL TITULAR O PROPIETARIO DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE SOLICITADO Y OFERTADO POR LOS PARTICIPANTES, DONDE SE HAGA

PODRÁ INCLUIR LA DOCUMENTACIÓN QUE SOLICITA, DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



MENCION DE OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS Y/O PRIVADAS EN MÉXICO, EN DONDE SE UTILICE ESTE SISTEMA CLÍNICO ELECTRÓNICO; YA QUE, EN EL MERCADO EXISTEN SOFTWARES DE CÓDIGO LIBRE NO CERTIFICADOS NI AVALADOS POR NINGUNA INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y/O PRIVADA EN EL PAÍS. ESTO LE PERMITIRÁ A LA CONVOCANTE CERSIORARSE Y EVALUAR EL SOFTWARE OFERTADO POR LOS PARTICIPANTES.

EQUIPOS Y SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>REFERENCIA DOCUMENTO 27. ESCRITO LIBRE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE LA CUAL MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS EQUIPOS EN ARRENDAMIENTO PARA PRESTAR EL SERVICIO, SEGÚN ANEXOS TÉCNICOS, SIENDO PROPIEDAD DEL PROVEEDOR, Y QUE LOS EQUIPOS PROPUESTOS NO CUENTAN CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A TRES AÑOS, ADEMÁS LOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS CON NÚMERO DE CONTRATO Y LA RAZÓN SOCIAL Y/O NOMBRE DEL PROVEEDOR, Y AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE COMPROMETERÁ A RETIRAR LOS EQUIPOS DE SU PROPIEDAD SIN DAÑAR LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE.</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LA ANTIGÜEDAD NO SEA MAYOR DE 5 AÑOS, QUE GARANTICE LOS MANTENIMIENTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES PARA SU OPERACIÓN, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.</p>

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"





SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS EN ARRENDAMIENTO PARA PRESTAR EL SERVICIO SEGÚN ANEXOS TECNICOS LOTE B, SIENDO PROPIEDAD DEL PROVEEDOR, CUENTEN CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS. ¿SE ACEPTA?

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>REFERENCIA FICHA TECNICA LOTE B DIGITALIZADOR DE ALTA RESOLUCION PAG 65</p> <p>ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DE LA ESTACION DEL DIGITALIZADOR , CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS LICENCIAS DICOM,¿ ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ ENTREGAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DE LA ESTACIÓN DEL DIGITALIZADOR.</p>

BRAINS GLOBAL HEALTH S.A.P.I. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. DEL PUNTO 1.11 Y DOCUMENTO 31.</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, NO PRESENTAR LA CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NAUTLA DR.</p>	<p>APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASES.</p>

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 14 de 37

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





GERARDO DÍAZ MORALES Y DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD NARANJOS DENTRO DEL DOCUMENTO 31? EN EL ENTENDIDO QUE ACTUALMENTE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS NO SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN.

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. DEL DOCUMENTO 22., ANEXO NO. 16 LOTE "A" Y FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS CONTENIDOS EN EL MISMO.</p> <p>POR EL GRAN VOLUMEN DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS DENTRO DE LAS FICHAS TÉCNICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA NO INCLUIRLOS DENTRO DE LA PROPUESTA, COMPROMETIENDONOS A QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, DEBAMOS ENTREGARLOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>LOS MANUALES COMPLETOS SE DEBERÁN ENTREGAR EN LAS UNIDADES MÉDICAS POR EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO.</p> <p>PARA LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DE LOS CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS Y/O FOTOGRAFÍAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FICHAS TÉCNICAS Y/O DIAGRAMAS MECÁNICOS Y/O DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y/O DIAGRAMAS ELECTRÓNICOS Y/O MANUALES DE LOS EQUIPOS, EN IDIOMA ESPAÑOL O CON TRADUCCIÓN SIMPLE, DONDE SE REFERENCIEN LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS.</p>
<p>2. DEL DOCUMENTO 22., ANEXO NO. 16 LOTE "A" Y FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS CONTENIDOS EN EL MISMO.</p> <p>POR EL GRAN VOLUMEN DE LOS CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FICHAS TÉCNICAS</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE IDENTIFIQUE QUE FORMAN PARTE DEL DOCUMENTO DEL FABRICANTE Y QUE ESTÉN DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS</p>

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 15 de 37

2024-200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





<p>Y/O MANUALES CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA USADA PARA REFERENCIAR LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y EN EL ANEXO NO. 16 LOTE "A". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA INCLUIR LA PORTADA DE CADA DOCUMENTO Y ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS DONDE SE SEÑALAN Y REFERENCIAN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, IDENTIFICANDO CLARAMENTE A QUE EQUIPO OFERTADO Y DOCUMENTO CORRESPONDE, COMPROMETIÉndonOS A QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, DEBAMOS ENTREGARLOS AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DEL FALLO, EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>PARTICIPANTES</p>
<p>3. DE LA FICHA TÉCNICA "SALA DE RAYOS X DIGITAL" Y "RAYOS X MÓVIL DIGITAL".</p> <p>LAS FICHAS TÉCNICAS "SALA DE RAYOS X DIGITAL" Y "RAYOS X MÓVIL DIGITAL" SON EXACTAMENTE IGUALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR.</p>	<p>APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS MODIFICACIONES A LAS PRESENTES BASES.</p>
<p>4. DEL ANEXO TÉCNICO 1 LOTE "A" Y ANEXO NO. 16 LOTE "A" SOLICITADO EN EL DOCUMENTO 22 DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.</p> <p>EN EL ANEXO TÉCNICO 1 LOTE "A", EL EQUIPO "ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO AVANZADO PARA MASTOGRAFÍA" PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RÍO</p>	<p>LA CANTIDAD CORRECTA PARA EL ANEXO NO. 16 DEL LOTE "A" PARA "ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO AVANZADO PARA MASTOGRAFÍA" PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RÍO ES 2.</p>

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 16 de 37

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





CONTEMPLA LA CANTIDAD: 2

EN EL ANEXO NO. 16 LOTE "A", EL EQUIPO "ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO AVANZADO PARA MASTOGRAFÍA" PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RÍO CONTEMPLA LA CANTIDAD: 1

FAVOR DE ACLARAR LA CANTIDAD CORRECTA Y EN CASO DE SER NECESARIO, PERMITIRNOS MODIFICAR LA CANTIDAD EN EL ANEXO NO. 16 LOTE "A", SOLICITADO EN EL DOCUMENTO 22 DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.

5. DEL ANEXO TÉCNICO 1 LOTE "A" Y ANEXO NO. 16 LOTE "A" SOLICITADO EN EL DOCUMENTO 22 DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.

EN EL ANEXO TÉCNICO 1 LOTE "A", EL EQUIPO "ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO AVANZADO PARA MASTOGRAFÍA" PARA EL HOSPITAL NUEVO NARANJOS CONTEMPLA LA CANTIDAD: 1

EN EL ANEXO NO. 16 LOTE "A", EL EQUIPO "ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO AVANZADO PARA MASTOGRAFÍA" PARA EL HOSPITAL NUEVO NARANJOS CONTEMPLA LA CANTIDAD: 0

FAVOR DE ACLARAR LA CANTIDAD CORRECTA Y EN CASO DE SER NECESARIO, PERMITIRNOS MODIFICAR LA CANTIDAD EN EL ANEXO NO. 16 LOTE

LA CANTIDAD CORRECTA PARA EL ANEXO NO. 16 DEL LOTE "A" PARA "ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO AVANZADO PARA MASTOGRAFÍA" PARA EL HOSPITAL NUEVO NARANJOS ES 1.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]



<p>"A", SOLICITADO EN EL DOCUMENTO 22 DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.</p>	
<p>6. DEL DOCUMENTO 13 DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ACUSE CON SELLO ORIGINAL DEL OFICIO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO 13 DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, PODRÁ ESTAR FECHADO CON EL DÍA QUE NOS ACUSEN Y NO CON LA FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SIN QUE ESTO SEA CAUSA O MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LA FECHA DEL OFICIO ESTE DENTRO DEL PERIODO DE LA PUBLICACIÓN Y HASTA EL DÍA DEL ACTO ANTES MENCIONADO?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>
<p>7. DEL DOCUMENTO 22., ANEXO NO. 16 LOTE "A" Y "LOTE B" Y FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS CONTENIDOS EN LOS MISMOS.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A EFECTOS DE NO ENTORPECER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS QUE, EN CASO DE QUE LOS PARTICIPANTES QUERAMOS PROPONER ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS QUE CONSIDEREMOS DE TECNOLOGÍA SUPERIOR, ESTAS DEBAN SER SUSTENTADAS Y JUSTIFICADAS ESPECIFICAMENTE EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>PARA PROPUESTAS DE CAMBIO DE TECNOLOGÍA DEBEN REALIZAR SUS DUDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.</p> <p>PODRÁN PROPONER TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA EN BASES, SIEMPRE Y CUANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA LA EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD TECNOLÓGICA Y CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.</p>





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz

IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>ACLARACIÓN 1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DAR A CONOCER EL MÉTODO A TRAVÉS DEL CUAL SE GARANTIZARÁ LA CALIDAD Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO A CONTRATAR. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.</p>	<p>LA GARANTÍA DEL SERVICIO, SE RESPALDA CON TODOS LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES.</p>
<p>ACLARACIÓN 2. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO SE DEBERÁ PRESENTAR EL ISO 9001:2015 VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE CON ALCANCE AL MENOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA ADMINISTRACIÓN, ADECUACIÓN FÍSICA, INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO, ANÁLISIS CLÍNICOS, PRODUCTOS, SERVICIOS INTEGRALES, SERVICIOS SUBROGADOS, ASISTENCIA TÉCNICA, ASISTENCIA MÉDICA, RECURSO HUMANO, EQUIPO Y/O INSUMO PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS ENFOCADOS A ÁREAS MÉDICAS Y DE SALUD EN: DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS (IMAGENOLOGÍA), MEDICINA HIPERBÁRICA, HEMODINAMIA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, LABORATORIO, BANCO DE SANGRE, ANESTESIA, ESTIMULACIÓN CARDIACA Y</p>	<p>PODRÁ INCLUIR LA DOCUMENTACIÓN QUE SOLICITA, DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 19 de 37

2024- 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



[Handwritten signature and marks at the bottom right]



ELECTROFISIOLOGÍA, AUDIOLOGÍA, CAMAS HOSPITALARIAS, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR Y/O TFLEMONITORIZACIÓN. EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LICITACIONES PÚBLICAS, ADJUDICACIONES DIRECTAS E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

ACLARACIÓN 3.

ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ASEGURAR LA CORRECTA ENTREGA DE DICHS INSUMOS Y ACREDITAR QUE DA CUMPLIMIENTO A LA NOM-240- SSA1-2012, "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA", SE DEBERÁ PRESENTAR EL ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS Y QUE DICHO OFICIO DEBERÁ ESTAR VIGENTE Y A NOMBRE DEL LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

PODRÁ INCLUIR LA DOCUMENTACIÓN QUE SOLICITA, DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACLARACIÓN 4.

NUMERAL. 1.1.1 "VISITAS A LAS UNIDADES" SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL NÚMERO TELEFÓNICO DEL "HOSPITAL DE LA COMUNIDAD NAUTLA" Y SE PERMITA REALIZAR LA VISTA, YA QUE DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO 3, LOTE A, DIRECTORIO DE UNIDADES NO CUENTA NÚMERO TELEFÓNICO PARA LA LOCALIZACIÓN DEL

APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASES.





INMUEBLE Y POR LO CUAL SE ACUDIÓ AL MUNICIPIO Y NO FUE POSIBLE LOCALIZAR LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

A) DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>ACLARACIÓN 1. BASES Y ANEXOS 1.10 DICE: "LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DENTRO DE LOS 5 A 10 DÍAS NATURALES DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD DE LOS EQUIPOS</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO EN UN LAPSO DE 60 A 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA LIBERACIÓN DE LOS ESPACIOS POR PARTE DEL PROVEEDOR SALIENTE. ESTO ES DERIVADO DEL POCO TIEMPO QUE SE ESTABLECE, EL CUAL FAVORECE ÚNICAMENTE AL PROVEEDOR QUE ACTUALMENTE PRESTA EL SERVICIO, YA QUE SERÍA EL ÚNICO PROVEEDOR QUE CUMPLIERA CON ESTOS TIEMPOS YA QUE LA BASE DE EQUIPOS SE ENCUENTRA PREVIAMENTE INSTALADA.</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.</p> <p>CABE MENCIONAR QUE NO SE OTORGA VENTAJA A NINGÚN PROVEEDOR, EL OBJETIVO DE LOS 10 DÍAS ES NO DEJAR SIN SERVICIO A LA POBLACIÓN USUARIA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, ASÍ COMO EVITAR DAÑOS EN LA SALUD POR NO CONTAR CON UN AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO VITAL.</p>

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 21 de 37

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





<p>¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	
<p>ACLARACIÓN 2. DE LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES:</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA AMPLIAR LOS TIEMPOS PROPORCIONADOS PARA LAS VISITAS.</p> <p>ADICIONALMENTE, SOLO PROPORCIONARON 3 DÍAS PARA REALIZAR VISITAS, LO CUAL LIMITA TREMENDAMENTE LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, OTORGANDO CLARA VENTAJA AL PROVEEDOR ACTUAL.</p> <p>DE TAL SUERTE, SOLICITAMOS QUE LAS VISITAS SEAN AMPLIADAS MÍNIMO DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y HASTA UN DÍA ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES, YA QUE LAS VISITAS SON PRIMORDIALES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ASÍ MISMO, NECESARIAS PARA GENERAR LAS DUDAS Y PRESENTARLAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.</p>
<p>¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>ACLARACIÓN 3. ANEXO TECNICO 1 LOTE "A" FICHAS TECNICAS NOMBRE GENERICO: RAYOS X MOVIL DIGITAL</p> <p>ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE: NUMERAL 8 Y 9. MOVIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE LA MESA</p> <p>PREGUNTA:</p>	<p>APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS MODIFICACIONES A LAS PRESENTES BASES.</p> <p>EL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA FICHA PERTENECE A UN EQUIPO MOVIL O PORTATIL, DADO QUE LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDEN CON ESTE TIPO DE TENOLOGÍA Y EQUIPO. DE TAL SUERTE SOLICITAMOS A LA PAR QUE NOS PERMITA OFERTAR ESTE EQUIPO Y REQUERIMIENTO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE CADA CASA COMERCIAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ACLARACIÓN 4. ANEXO TECNICO 1 LOTE "A" PARTIDAS O RENGLONES 3 Y 4 NOMBRE GENERICO: DIGITALIZADOR CR</p> <p>PREGUNTA: DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN ESTOS RENGLONES PERTENECES A TENOLOGÍA SUMAMENTE OBSOLETA, LA CUAL DATA DE PRINCIPIOS DE LA DECADA DEL AÑO 2000, Y EN PRO DE LA INSTITUTCION, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR TENOLOGÍA SUPERIOR "DIGITALIZADOR DIRECTO DR" EN SUSTITUCIÓN DE LO SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA. LO CUAL TRAE EXCELENTES BENEFICIOS Y HACE REFERENCIA A TECNOLOGÍA DE ULTIMA GENERACIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EN SU PROPUESTA SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA LA EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD TECNOLÓGICA Y CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]





ACLARACIÓN 5.

ANEXO TECNICO 1 LOTE "A"
FICHAS TECNICAS
NOMBRE GENERICO: DIGITALIZADOR CR
(COMPUTED RADIOGRAPHY) PARA
RADIOLOGIA GENERAL)
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A
DETALLE: NUMERAL 4 PESO DE 39 KG.
PREGUNTA:
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA
CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE
REQUERIMIENTO SEGÚN LAS
CARACTERISTICAS DE CADA CASA
COMERCIAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE
PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?

**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER
LIMITANTE PARA LOS DEMÁS
PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO
SU PROPUESTA CUMPLA CON LAS
DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA.**

ACLARACIÓN 6.

ANEXO TECNICO 1 LOTE "A"
FICHAS TECNICAS
NOMBRE GENERICO: MASTOGRAFO
DIGITAL DE CAMPO COMPLETO
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A
DETALLE: NUMERAL 30.
CRECIMIENTO A FUTURO
(ESCALABLE) PARA PODER
REALIZAR: TOMOSINTESIS,
BIOPSIA ESTEREOTAXICA, BIOPSIA GUIADA
POR TOMOSINTESIS Y QUE PERMITA
REALIZAR MAMOGRAFIA CON
REALCE DE CONTRASTE
MEDIANTE TECNICA DE ENERGIA DUAL
(CEDM).

**NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.
TODA VEZ QUE, EN LA ACTUALIDAD
EL PERSONAL ESPECIALIZADO PUEDE
REQUERIR ESTE ESTUDIO, YA QUE
LOS MASTÓGRAFOS ESTÁN
INSTALADOS EN UNIDADES
HOSPITALARIAS QUE PRESTAN
SERVICIOS DE ONCOLOGÍA.**

PREGUNTA:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.
LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"



[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO COMO OPCIONAL YA QUE DERIBADO DE LAS VISITAS A LAS UNIDADES NO SE LE DA UTILIDAD A ESTAS HERRAMIENTAS, SIENDO LOS EQUIPOS UNICAMENTE PARA TAMIZAJE. ¿SE ACEPTA?</p>	
---	--

<p>ACLARACIÓN 7. ANEXO TECNICO 1 LOTE "A" FICHAS TECNICAS NOMBRE GENERICO: DIGITALIZADOR CR PARA MASTOGRAFIA CON RESOLUCION DE 50 MICRONES ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE: NUMERAL 4._ PESO DE 39 KG. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE CADA CASA COMERCIAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SU PROPUESTA CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA.</p>
--	---

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





ACLARACIÓN 8.

ANEXO TECNICO 1 LOTE "A"
FICHAS TECNICAS
NOMBRE GENERICO: UNIDAD PORTATIL
PARA ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A
DETALLE: NUMERAL 4._ PESO DE 3.4 KG
(CON BATERIA INTEGRADA).

PREGUNTA:

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA
CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE
REQUERIMIENTO SEGÚN LAS
CARACTERISTICAS DE CADA CASA
COMERCIAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE
PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?

**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER
LIMITANTE PARA LOS DEMÁS
PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO
SU PROPUESTA CUMPLA CON LAS
DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA.**

ACLARACIÓN 9.

ANEXO TECNICO 1 LOTE "A"
FICHAS TECNICAS
NOMBRE GENERICO: ULTRASONIDO
PORTATIL DE USO GENERAL

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A
DETALLE: NUMERAL 28._ CON PESO DE 4.9
KG.

PREGUNTA:

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA
CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE
REQUERIMIENTO SEGÚN LAS
CARACTERISTICAS DE CADA CASA
COMERCIAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE
PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?

**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER
LIMITANTE PARA LOS DEMÁS
PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO
SU PROPUESTA CUMPLA CON LAS
DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.
LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]



ACLARACIÓN 10.

ANEXO TECNICO 1 LOTE "A"
FICHAS TECNICAS
NOMBRE GENERICO: SALA DE RAYOS X
DIGITAL

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A
DETALLE: NUMERAL 21._DETECTOR
DIGITAL PLANO

PREGUNTA:

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA
CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE
REQUERIMIENTO SEGÚN LAS
CARACTERISTICAS DE CADA CASA
COMERCIAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE
PARTICIPACION Y QUE EL DETECTOR
OFERTADO SEA DE LA MISMA MARCA QUE
EL EQUIPO PRINCIPAL DE RX. ¿SE ACEPTA?

**SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER
LIMITANTE PARA LOS DEMÁS
PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO
SE DEMUESTRE EN SU PROPUESTA DE
MANERA CLARA LA EQUIVALENCIA O
SUPERIORIDAD TECNOLÓGICA Y
CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS SOLICITADAS.**

ACLARACIÓN 11.

ANEXO TECNICO 1 LOTE "A"
FICHAS TECNICAS
NOMBRE GENERICO: KIOSKO PARA
CONSULTA DE IMÁGENES MEDICAS.

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A

DETALLE: PREGUNTA:

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA
CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR
COMO ESTACION DE VISUALIZACION
REMOTA CON MONITOR DE 22" TECLADO Y
MOUSE QUE PERMITAN SU FACIL
DESINFECCION YA QUE LAS
CARACTERISTICAS DEL KIOSCO

**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER
LIMITANTE PARA LOS DEMÁS
PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO
SU PROPUESTA CUMPLA CON LAS
DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.
LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 27 de 37

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





PERTENECEN A UNA SOLA CASA COMERCIAL Y LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACION, ADEMAS DE REPRESENTAR TECNOLOGÍA OBSOLETA, Y EN ESTRICTO SENTIDO, LO QUE LA CONVOCANTE LLAMA "KIOSKO" ES UNA COMPUTADORA MONTADA EN UNA BASE QUE DISTA MUCHO DE SER REALMENTE UN KIOSKO. ADICIONALMENTE ENTENDEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA ESTÁ BENEFICIANDO A LA EMPRESA QUE ACTUALMENTE PRESTA EL SERVICIO, DADO QUE ESTA DESCRIPCIÓN SE HA TORNADO ÚNICA POR PARTE DE ESTE PROVEEDOR.

¿SE ACEPTA?

ACLARACIÓN 12.

ANEXO TECNICO 1 LOTE "A"
FICHAS TECNICAS
NOMBRE GENERICO: DIGITALIZADOR CR (COMPUTED RADIOGRAPHY) PARA ALTA PRODUCTIVIDAD.

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A DETALLE: NUMERAL 4. 4 BAHIAS PARA CHASIS.

PREGUNTA:

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO COMO ESTACION PARA RADIOLOGIA DR CON DETECTOR FLAT PANEL, TODA VEZ QUE ES UNA TECNOLOGIA SUPERIOR A LA SOLICITADA EN LAS BASES. ¿SE ACEPTA?

SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SU PROPUESTA CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA.





ACLARACIÓN 13.

ANEXO TECNICO 1 LOTE "A"
PARTIDAS O RENGLONES 6 Y 12
EQUIPOS ANALOGICOS

PREGUNTA:
DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN
ESTOS RENGLONES PERTENECES A
TENOLÓGÍA SUMAMENTE OBSOLETA, LA
CUAL DATA DE PRINCIPIOS DE LA DECADA
DEL AÑO 1990, Y EN PRO DE LA
INSTITUTCION, SOLICITAMOS A LA
CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR
TENOLÓGÍA SUPERIOR COMPLETAMENTE
DIGITAL EN SUSTITUCIÓN DE LO
SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA. LO
CUAL TRAE EXCELENTES BENEFICIOS Y
HACE REFERENCIA A TECNOLOGÍA DE
ULTIMA GENERACIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA
SOLICITUD?

**SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER
LIMITANTE PARA LOS DEMÁS
PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO
SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA LA
EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD
TECNOLÓGICA Y CUMPLA CON LAS
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
SOLICITADAS.**

ACLARACIÓN 14.

ANEXO TECNICO 2 LOTE "A"
PARTIDAS O RENGLONES 15
NOMBRE GENERICO: ESTACION
DIAGNOSTICO

PREGUNTA:
DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN
ESTOS RENGLONES PERTENECES A
TENOLÓGÍA SUMAMENTE OBSOLETA, LA
CUAL DATA DE PRINCIPIOS DE LA DECADA
DEL AÑO 2000, Y EN PRO DE LA
INSTITUTCION, SOLICITAMOS A LA
CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR
TENOLÓGÍA SUPERIOR CON MONITORES DE
GRADO MEDICO CUYA RESOLUCION SEA DE
3MP A COLOR EN SUSTITUCIÓN DE LO

**SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER
LIMITANTE PARA LOS DEMÁS
PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO
SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA LA
EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD
TECNOLÓGICA Y CUMPLA CON LAS
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
SOLICITADAS.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.
LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]



SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA. LO CUAL TRAE EXCELENTES BENEFICIOS Y HACE REFERENCIA A TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

ACLARACIÓN 15.

ANEXO TÉCNICO 2 LOTE "A"
FICHAS TÉCNICAS
NOMBRE GENÉRICO: KIOSCO PARA CONSULTA DE IMÁGENES MÉDICAS.

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A

DETALLE: PREGUNTA:

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR COMO ESTACION DE VISUALIZACIÓN REMOTA CON MONITOR DE 22" TECLADO Y MOUSE QUE PERMITAN SU FÁCIL DESINFECCIÓN YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL KIOSCO PERTENECEN A UNA SOLA CASA COMERCIAL Y LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ADemás DE REPRESENTAR TECNOLOGÍA OBSOLETA, Y EN ESTRICTO SENTIDO, LO QUE LA CONVOCANTE LLAMA "KIOSCO" ES UNA COMPUTADORA MONTADA EN UNA BASE QUE DISTA MUCHO DE SER REALMENTE UN KIOSCO. ADICIONALMENTE ENTENDEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA ESTÁ BENEFICIANDO A LA EMPRESA QUE ACTUALMENTE PRESTA EL SERVICIO, DADO

SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SU PROPUESTA CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"





QUE ESTA DESCRIPCIÓN SE HA TORNADO ÚNICA POR PARTE DE ESTE PROVEEDOR. ¿SE ACEPTA?

ACLARACIÓN 16.

ANEXO TECNICO 2 LOTE "A"
FICHAS TECNICAS
NOMBRE GENERICO: SISTEMA CLINICO ELECTRONICO.

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A

DETALLE: PREGUNTA:

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE INFORMACION DE RADIOLOGIA (RIS POR SUS SIGLAS EN INGLES), DADO QUE LA DESCRIPCIÓN PUBLICADA EN ESTE RUBRO PERTENECEN A UNA SOLA CASA COMERCIAL Y LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACION, ADEMAS DE REPRESENTAR TECNOLOGÍA OBSOLETA, Y EN ESTRICTO SENTIDO, LO QUE LA CONVOCANTE LLAMA "SISTEMA CLINICO ELECTRONICO" ES UN DESARROLLO PROPIO SIN CERTIFICACION ALGUNA, QUE DISTA MUCHISIMO DE FUNCIONAR COMO UN RIS. ADICIONALMENTE ENTENDEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA ESTÁ BENEFICIANDO A LA EMPRESA QUE ACTUALMENTE PRESTA EL SERVICIO, DADO QUE ESTA DESCRIPCIÓN

SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA LA EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD TECNOLÓGICA Y CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

SE HA TORNADO ÚNICA POR PARTE DE ESTE
PROVEEDOR Y REPRESENTA UN CANDADO
HACIA ESTE PROCEDIMIENTO.
¿SE ACEPTA?

ACLARACIÓN 17.

ANEXO TECNICO 4 LOTE "B"
PARTIDAS O RENGLONES TODOS
NOMBRE GENERICO: DIGITALIZADOR DE
ALTA RESOLUCIÓN

PREGUNTA:
DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN
ESTOS RENGLONES PERTENECEN A
TENOLÓGÍA SUMAMENTE OBSOLETA, LA
CUAL DATA DE PRINCIPIOS DE LA DECADA
DEL AÑO 2000, Y EN PRO DE LA
INSTITUCION, SOLICITAMOS A LA
CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR
TENOLÓGÍA SUPERIOR "DIGITALIZADOR
DIRECTO DR" EN SUSTITUCIÓN DE LO
SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA. LO
CUAL TRAE EXCELENTES BENEFICIOS Y
HACE REFERENCIA A TECNOLOGÍA DE
ULTIMA GENERACIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA
SOLICITUD?

**SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER
LIMITANTE PARA LOS DEMÁS
PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO
SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA LA
EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD
TECNOLÓGICA Y CUMPLA CON LAS
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
SOLICITADAS.**

ACLARACIÓN 18.

ANEXO TECNICO 4 LOTE "B"
PARTIDAS O RENGLONES TODOS
NOMBRE GENERICO: IMPRESORA LASER EN
SECO

PREGUNTA:
DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN
ESTOS RENGLONES PERTENECEN A
TENOLÓGÍA SUMAMENTE OBSOLETA, LA

**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER
LIMITANTE PARA LOS DEMÁS
PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO
SU PROPUESTA CUMPLA CON LAS
DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.
LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 32 de 37

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





CUAL DATA DE PRINCIPIOS DE LA DECADA DEL AÑO 1990, Y EN PRO DE LA INSTITUCION, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR TENOLOGÍA SUPERIOR "VISUALIZADOR RADIOGRAFICO EN ESTACIONES DE CONSULTA (PCS) DESTINADAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE ESTUDIOS" EN SUSTITUCIÓN DE LO SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA. LO CUAL TRAE EXCELENTES BENEFICIOS Y HACE REFERENCIA A TECNOLOGÍA DE ULTIMA GENERACIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

ACLARACIÓN 19.

ANEXO TECNICO 4 LOTE "B"
PARTIDAS O RENGLONES TODOS
NOMBRE GENERICO: PELICULA IMPRESORA
LASER O EN SECO

PREGUNTA:
DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN ESTOS RENGLONES PERTENECEN A TENOLOGÍA SUMAMENTE OBSOLETA, LA CUAL DATA DE PRINCIPIOS DE LA DECADA DEL AÑO 1990, Y EN PRO DE LA INSTITUCION, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ELIMINE ESTE INSUMO Y NOS PERMITA OFERTAR TENOLOGÍA SUPERIOR TAL COMO "VISUALIZADOR RADIOGRAFICO EN ESTACIONES DE CONSULTA (PCS) DESTINADAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE ESTUDIOS" EN SUSTITUCIÓN DE LO SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA. LO CUAL TRAE EXCELENTES BENEFICIOS Y HACE REFERENCIA A TECNOLOGÍA DE ULTIMA GENERACIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

NO SE ACEPTA, YA QUE SE SOLICITAN LAS PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DE VARIOS TAMAÑOS PARA LA ENTREGA A PACIENTES EXTERNOS QUE VIENEN DE COMUNIDADES LEJANAS.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"





ACLARACIÓN 20.

ANEXO TECNICO 2 Y 4 LOTE "A" Y "B"
PARTIDAS O RENGLONES TODOS

PREGUNTA:

DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN ESTOS RENGLONES PERTENECEN A TENOLOGÍA SUMAMENTE OBSOLETA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR TENOLOGÍA SUPERIOR, UNIFICANDO DICHS LOTES Y OFERTANDO UN ASOLUCIÓN UNIFICADA TOTALMENTE DIGITAL EN DONDE YA NO SEA NECESARIO UTILIZAR INSUMOS ANTICUADOS Y CCSTOSOS. EL OFERTAR LO EXPRESADO CON ANTERIORIDAD Y EN SUSTITUCIÓN DE LO SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA TRAERIA EXCELENTES BENEFICIOS Y A ESTA DEPENDENCIA, CAUSARÍA AHORRO EN INSUMOS INNECESARIOS, Y SOBRE TODO, PONDRIA A LA VANGUARDIA A ESTA HONORABLE DEPENDENCIA, DADO QUE ACTUALMENTE OPERAN CON TECNOLOGÍA SUMAMENTE OBSOLETA. EN EL ENTENDIDO DE QUE OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR Y DE ULTIMA GENERACION NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

APEGARSE AL PUNTO 1.2 DE LAS BASES "LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR EL 100% DEL VOLUMEN TOTAL DE CADA LOTE "A" Y "B". SÓLO SE ADMITIRÁ UNA PROPOSICIÓN POR PARTICIPANTE. LOS INTERESADOS PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN POR UNO O EL TOTAL DE LOS LOTES "A" Y "B" EN CONCURSO, MISMA QUE DEBERÁ SUJETARSE ESTRICTAMENTE A LOS ANEXOS TÉCNICOS DE LAS BASES".

CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA.-----

SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS ANTES MENCIONADAS NO SON LIMITATIVAS PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

RESPECTO A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, MANIFIESTAN NO TENER OBJECCIÓN ALGUNA, ACEPTANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL DESARROLLO DE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, FIRMANDO DE CONFORMIDAD; CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS BASES. -----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2024/>, SIGNIFICANDO QUE TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE SERÁN OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS LICITANTES. -----

SE REITERA A LOS PARTICIPANTES QUE DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL ACUSE CON SELLO ORIGINAL DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS,

EN CASO DE QUE SEA PERSONA MORAL, DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD. **ANEXO 8.**-----

DICHO ESCRITO DEBERÁ PRESENTARSE ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ANTES DEL ACTO DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.-----

ASÍ MISMO SE INFORMA QUE **DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS PÁSES DE PARTICIPACIÓN ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28** Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.-----

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 35 de 37

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal,
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz.
Tel. (228) 842 3000, Ext. 3507.
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz


FINALMENTE SE LES RECUERDA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2024, A LAS 09:30 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SITA EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.- -----

5.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMAS DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA. -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ


LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES


M.F. VERÓNICA RAMON CORTINA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO
TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE ATENCIÓN MÉDICA


**LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA
PEÑA**
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA


C. LUZ H. PIZAÑA HERNÁNDEZ
COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.
LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 36 de 37

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M.S.I. KARLO POMMIER GRANILLO

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

ARQ. ALBERTO SAMUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

POR EL TESTIGO SOCIAL

NOMBRE	FIRMA
C. JUAN MANUEL RAMÍREZ BARRRANCO	

POR LOS LICITANTES

LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	C. ERIK SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	
EQUIPOS Y SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	C. ANA VICTORIA HERNÁNDEZ POZO	

*******FIN DEL ACTA*******

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-007-2024 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

Página 37 de 37



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN