



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA DE HEMOSTASIA. PINZA ROCHESTER OCHSNER CURVA ESTRIADA SIN DIENTES LONGITUD 20 CM.	

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21110	53201	48	S/C	PIEZA	44

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 1

- * - PINZA DE HEMOSTASIA CURVA
- * - FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE ALEMÁN ESTERILIZABLE
- * - LONGITUD DE 20 CM.

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN****GARANTÍA:** 24 MESES**CADUCIDAD:** NO APLICA**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** NO**INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:** NO APLICA**MUESTRAS:** SI**NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** NORMA ISO 9001-2000, NORMA ISO 13485-2003, REQUIERE REGISTRO SANITARIO COFEPRIS.**MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** NO APLICA

POR EL ÁREA REQUIERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
 DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZALEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33


NOMBRE GENÉRICO**POSICIONADOR O BASE DE EXPLORACIÓN PARA MASCOTAS**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21110	53201	48	S/C	PIEZA	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 2

- * - BASES PARA EXPLORACIÓN DE MASCOTAS O PROPORCIONADOR VETERINARIO PARA MESAS DE CIRUGÍA.
- * - FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE.
- * - CHAPA CALIBRE 16.
- * - BASE MEDIDA 27 DE ANCHO, 70 CM DE LARGO Y 10 CM DE ALTO.

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN****GARANTÍA:** 24 MESES**CADUCIDAD:** NO APLICA**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** NO APLICA**INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:** NO APLICA**MUESTRAS:** NO**NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** NORMA ISO 9001-2000, NORMA ISO 13485-2003, REQUIERE REGISTRO SANITARIO COFEPRIS.**MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** NO APLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL LOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
-----------------	----------------------------

ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
--------------------	---------

NOMBRE GENÉRICO**TIJERA MAYO-STILLE RECTA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 145 A 155 MM.**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21110	53201	48	S/C	PIEZA	23

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 3	*	- TIJERA DE ACERO INOXIDABLE.
	*	- DE ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE.
	*	- MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
	*	- RECTA. DE 145 a 155 MM..
		LONGITUD DE PUNTA DE 5 CM.

**CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN****GARANTÍA:** 24 MESES**CADUCIDAD:** NO APLICA**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** NO**INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:** NO APLICA**MUESTRAS:** SI**NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** NORMA ISO 9001-2000, NORMA ISO 13485-2003, REQUIERE REGISTRO SANITARIO COFEPRIS.**MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** NO APLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES

