

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
374	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	MINDRAY	IPM-12	FH-51015952	HGISLA63/0000116	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN V/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
375	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	MONITOR SE DIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DE PACIENTES	DRAGER	VISTA 120	S1SLM0064	HGI063-0086	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN V/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
376	9	65	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE PLAYA VICENTE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 2000	CV-51114302	6500000061	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN V/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
377	9	65	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE PLAYA VICENTE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 2000	CV-51114364	6500000063	ENCAMADOS PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN V/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
378	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	PLANTA DE EMERGENCIA 500 KVA	IGSA	JD-400	VDPE001828	MT-13307	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAIE. DESMONTAR Y MANTEINIMENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA. PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
379	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL	SHIMADZU	MOBILE ART EVOLUTIONF	410003337008	630000086	RAYOS X	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TARJETA NOMINAL DE KV, REPARACIÓN O CAMBIO DE TUBO DE RADIAción, REPARACIÓN AL SISTEMA DE POTENCIA, REPARACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL, MANTENIMIENTO DE BANCOS DE BATERÍAS RECARGABLES, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL PRINCIPAL, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DAÑADAS, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. AP LIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
380	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	10 TOMAS DE AIRE	ARAMED	S/M	S/S	S/I	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVICION EN CADA TOMA QUE TRABAIE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELTICA, PANELES)
381	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	20 TOMAS DE OXIGENO	ARAMED	S/M	S/S	S/I	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVICION EN CADA TOMA QUE TRABAIE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELTICA, PANELES)
382	9	65	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE PLAYA VICENTE	21 TOMAS DE AIRE	ARAMED	S/M	S/S	S/INVENTARIO	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVICION EN CADA TOMA QUE TRABAIE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELTICA, PANELES)
383	9	65	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE PLAYA VICENTE	21 TOMAS DE OXIGENO	ARAMED	S/M	S/S	S/INVENTARIO	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVICION EN CADA TOMA QUE TRABAIE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELTICA, PANELES)
384	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA USO GENERAL	MEGADYNE	MEGA POWER TM	150592001	630000072	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CUT, ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
385	9	64	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ AZUETA	INCUBADORA DE TRASLADO	AIR SHIELDS	TI-500	PK-06012	HCIAZ/640000184	PEDIATRÍA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
386	9	64	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ AZUETA	INCUBADORA DE CUIDADOS INTERMEDIOS	AIR SHIELDS	ISOLETT 2000 C-	UK19712	HCIAZ/640000138	PEDIATRÍA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
387	9	64	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ AZUETA	SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO	DATEX-OHMEDA	GE DATEX OHMEDA AESPIRE CARDIOCAP 5	AMXMO0983	HCIAZ/640000193	SALA DE EXPULSIÓN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
388	9	64	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ AZUETA	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	S/M	S/M	S/S	S/I	CASA DE MÁQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION INTERRUPTORES , AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL PRESUPUESTO INCLUYE , REFACCIÓNAMIENTO Y MANO DE OBRA.
389	9	64	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ AZUETA	15 TOMA DE OXÍGENO	S/M	S/M	S/S	S/N	UTILERÍA	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVICIÓN EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNAS CIEUTICAS, paneles)
390	9	64	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ AZUETA	15 TOMA DE OXÍGENO	S/M	S/M	S/S	S/N	UTILERÍA	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVICIÓN EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNAS CIEUTICAS, paneles)
391	9	64	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ AZUETA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA GENERAL	MEGADYNE	MEGA POWER TM	143022001	HCIAZ/640000205	QUIRÓFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISION DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACION DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACION DE TARJETA DE CUT, ELIMINACION DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
392	9	66	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOTALPAN	COMPRESOR GRADO MEDICO	MEGAPOWER	300L	S/S	HCTL/66/0000072	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RING'S PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESIÓN DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
393	9	66	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOTALPAN	DESFIBRILADOR	PROGETTI	RESCUE LIFE	11534	HCTLA/66/0000098	OBSERVACION URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAIES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
394	9	66	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOTALPAN	CAMA ELECTROMECANICA DE POSICIONES MULTIPLES	MALVESTIO	GAMMA 3	297	HITLAC66/00057	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE MOTORES DEL EQUIPO, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE PISTONES EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y MÓDULOS DE CONTROL, REEMPLAZO DE MEMBRANAS, REEMPLAZO DE RODAJAS DAÑADAS, REEMPLAZO DE BATERÍAS SUMINISTRO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENIOS Y CPR, REPARACIÓN O AJUSTE DE SISTEMA UNIDIRECCIONAL EN CASO DE CONTAR CON ELLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. <span style="float: right;">(b) (d)</span>
395	9	66	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOTALPAN	CAMA ELECTROMECANICA DE POSICIONES MULTIPLES	MALVESTIO	GAMMA 3	292	HITLAC66/00060	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE MOTORES DEL EQUIPO, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE PISTONES EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y MÓDULOS DE CONTROL, REEMPLAZO DE MEMBRANAS, REEMPLAZO DE RODAJAS DAÑADAS, REEMPLAZO DE BATERÍAS SUMINISTRO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENIOS Y CPR, REPARACIÓN O AJUSTE DE SISTEMA UNIDIRECCIONAL EN CASO DE CONTAR CON ELLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.
396	9	66	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOTALPAN	CAMA ELECTROMECANICA DE POSICIONES MULTIPLES	MALVESTIO	GAMMA 3	294	HITLAC66/00058	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE MOTORES DEL EQUIPO, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE PISTONES EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y MÓDULOS DE CONTROL, REEMPLAZO DE MEMBRANAS, REEMPLAZO DE RODAJAS DAÑADAS, REEMPLAZO DE BATERÍAS SUMINISTRO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENIOS Y CPR, REPARACIÓN O AJUSTE DE SISTEMA UNIDIRECCIONAL EN CASO DE CONTAR CON ELLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
397	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	COMPRESOR GRADO MEDICO	CIC	T-500	S/S	HGISLA63/0000038	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RING'S PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESIÓN DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
398	9	64	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ AZUETA	COMPRESOR GRADO MEDICO	QUINCY	QRDS-10P	20070525-0160	HCIAZ/84000008	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RING'S PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESIÓN DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
399	9	17	HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN	CUNA TERMICA	OHMEDA	3300	HCCK00171	I-09000000000527	EXPULSIVO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
400	9	64	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ AZUETA	CUNA DE CALOR RADIANTE	DRAGER	8004 BABYTERM	ARZK-0052	HCIAZ/840000199	EXPULSIVO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
401	9	17	HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN	DESFIBRILADOR	NORTHEAST	MEDIC 5	S/S	HGCOSA/17/0000009	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SERIAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PÉRILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERÍA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
402	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	HIDRONEUMATICO	SIEMENS	S/M	S/S	HGISLA63/0000019	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMPS,REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
403	9	17	HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	DIMEDIC	MLQS 3001	S/S	HGCOSA/17/0000059	QUIROFANO 1	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
404	9	17	HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE SATELITE	DIMEDIC	MLQS 3002	S/S	HGCOSA/17/0000091	QUIROFANO 2	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
405	9	64	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ AZUETA	LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA	DIMEDIC	M-3050	S/S	HCJAZ/840000207	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
406	9	66	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOTALPAN	LAMPARA DE EMERGENCIA	MEDIC	M-3050	S/S	HITLAC66/00032	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
407	9	34	HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA	SUAVISADOR DE AGUA (CARBONO)	HIDROBART	S/M	S/S	HGTB-0009	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMPS,REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO DE COSUMIBLES.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
408	9	34	HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA	SUAVISADOR DE AGUA (ARENA)	HIDROBART	S/M	S/S	HGTB-0008	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGER), REVISION DE 40 AMPS,REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2",SUMINISTRO DE COSUMIBLES.
409	9	34	HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA	SUAVISADOR DE AGUA (ZOELITA)	HIDROBART	S/M	S/S	HGTB-0007	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGER), REVISION DE 40 AMPS,REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2",SUMINISTRO DE COSUMIBLES.
410	9	17	HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	EMSA	3-1501320	85080	HGCOSA/17/0000079	EXTERIOR	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACION DE TRANSFORMACION),VERIFICACION DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISION DE AISLADORES. REVISION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
411	9	34	HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA	TRANSFORMADOR ELÉCTRICO	TEIXA/ IEM	15KV 750KVA	300307	HGTB-00071	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACION DE TRANSFORMACION),VERIFICACION DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISION DE AISLADORES. REVISION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
412	9	66	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOTALPAN	TRANSFORMADOR 225 KVA	TEIXA	S/M	S/S	S/I	PATIO TRASERO	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACION DE TRANSFORMACION),VERIFICACION DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISION DE AISLADORES. REVISION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
413	9	65	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE PLAYA VICENTE	VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL PEDIATRICO ADULTO	COVIDIEN	PURITAN BENNETT 840	3512144138	650000058	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIÁFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
414	10	12	HOSPITAL GENERAL DE OLUTA-ACAYUCAN	LAMPARA PARA CIRUGIA CON 5 FOCOS EN PEDESTAL Y BATERIA DE EMERGENCIA	DRAGUER	SOLA 500	ASOL-0473	120000149	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACION Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACION DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACION Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMParas, REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACION DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
415	10	12	HOSPITAL GENERAL DE OLUTA-ACAYUCAN	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	DIMEDIC	MLQD-3002	S/S	120000171	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACION Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACION DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACION Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMParas, REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACION DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
416	10	12	HOSPITAL GENERAL DE OLUTA-ACAYUCAN	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	DIMEDIC	MLQS-3001	S/S	120000175	TOCOLOGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACION Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACION DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
417	10	12	HOSPITAL GENERAL DE OLUTA-ACAYUCAN	PLANTA DE EMERGENCIA	CUMINS	OTTMOTORES	NTA855G5	43200527	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION, CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ, CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR, CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE, DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION, PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA, REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR, PINTAR EL AREA DEL GENERADOR, SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
418	8	107	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO	ESTERILIZADOR	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES	ECEGU20EQ21	M2703142-2	1070000313	CEYE	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
419	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO	SQUIRE COGSWELL	S/M	S/S	FEMCM3101	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE TRES CABEZALES DE 10 HP, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 MOTORES ELECTRICOS DE 10 HP TRIFASICO, ALINEACION DE POLEAS, INSTALACION DE BANDAS V, SERVICIO DE DESHUMIFICADORES SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK , MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENsores Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
420	10	31	HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRES TUXTLA DR. BERNARDO PEÑA	CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA	TEHSA	TONALLI 1SD	7121109	2038	NEONATOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
421	10	31	HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRES Tuxtla Dr. Bernardo Peña	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	ATMOS CARE	EXPECTA	IN28-1291	2149	NEONATOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
422	10	31	HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRES Tuxtla Dr. Bernardo Peña	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	PHILIPS	PAGE WRITER TC-20	CND2224921	HGSATUX/310000349	SALA HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
423	10	31	HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRES Tuxtla Dr. Bernardo Peña	MANIFOLD PARA OXIGENO	ARIGMED	S/M	G062010007	S/I	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: ACTUALIZACION DE MANIFOLD A NORMAS DE SALUD, CAMBIO VÁLVULAS Y REGULADORES, MANTENIMIENTO A COMPONENTES PERIFERICOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANIFOLD. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN PRECALIBRADAS, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MANGUERAS PITGAIL CON CHECK DE CONEXIÓN PARA CIUDRIOS DE O2, ELABORACION A SISTEMAS DE CONTROL DE FLUJO DE OXIGENO, COLOCACION DE MANGUERAS TRAMADAS DE ALTA PRESIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE DISPLAY PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PICTELES DAÑADOS, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
424	10	31	HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRES Tuxtla Dr. Bernardo Peña	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PLARRE	SVP10	SVP1018229112	2155	SALA HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
425	10	31	HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRES Tuxtla Dr. Bernardo Peña	UNIDAD DE RADIOLOGIA FIJA	QUANTUM CARESTREAM	500 MA	QRAD-15N-0129	2031	RAYOS X	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE FUENTE COMMUTADA DE ALIMENTACIÓN DE 24V, SVCD STANBY, REPARACIÓN DE PLACA ELECTRÓNICA DE MANDO DE DISPARO DE ALTO VOLTAJE, MANTENIMIENTO DE TUBO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CONTROL DE CARGA DE CAPACITORES, MANTENIMIENTO A PLACA ELECTRÓNICA DE FOCO GRUESO Y FINO, MANTENIMIENTO A CABEZAL PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE ANODO Y CÁTODO, CALIBRACIÓN DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
426	10	31	HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRES Tuxtla Dr. Bernardo Peña	CARDIOTOCOGRAFO	PHILLIPS	AVALON FM20	DE65852071	2375	MODULO MATER	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO,

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
427	10	32	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA	COMPRESOR GRADO MEDICO	POWEREX	UTD05040C1	1676478	HGST5040-C1	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RING'S PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESIÓN DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENsoRES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
428	10	32	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA	DESFIBRILADOR CON FUNCION DE CARDIOVERSION	WELCH ALLYN	PIC 30	S/S	HGSTUX/32/0000082	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SERAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
429	10	32	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA	DESFIBRILADOR CON FUNCION DE CARDIOVERSION	WELCH ALLIN	PIG30	86204	HGSTUX/32/0000087	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SERAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
430	10	32	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA	HIDRONEUMATICO	BARNES BARMESA	1A1-3-2 DUPLEX	B-47573	HGST5050-H1	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISIÓN DE 40 AMPS, REVISIÓN DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
431	10	32	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	DIMEDIC	M-3050	LQD-3050	HGSTUX/32/0000125	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BAUSTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
432	10	32	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA	EQUIPO DE ANESTESIA CON VENTILADOR	DRAGER	FABIUS GS	ARWL-0107	HGSTUX/32/0000111	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNORAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUiere DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRE DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
433	10	32	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO	MARQUET	DELTA CLASSIC	S/S	HGSTUX/32/0000115	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
434	10	32	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	DIMEDIC	MCG-H	S/S	HGSTUX/32/0000124	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
435	10	32	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA	UNIDAD DE RADIOLOGICA DE 300 MA	CARESTREAN	QG-32G	QG32GF-15N-0104	HGSTUX/32/0000074	IMAGENOLOGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE FUENTE COMMUTADA DE ALIMENTACIÓN DE 24V, SVCD STANBY, REPARACIÓN DE PLACA ELECTRÓNICA DE MANDO DE DISPARO DE ALTO VOLTAJE, MANTENIMIENTO DE TUBO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CONTROL DE CARGA DE CAPACITORES, MANTENIMIENTO A PLACA ELECTRÓNICA DE FOCO GRUESO Y FINO, MANTENIMIENTO A CABEZAL PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE ANODO Y CATODO, CALIBRACIÓN DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
436	10	32	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA	UNIDAD RADIOLOGICA MOVIL	VILLA SISTEM MEDICAL	VISITOR T-30	07-091019	HGSTUX/32/0000070	IMAGENOLOGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TARjeta NOMINAL DE KV, REPARACIÓN O CAMBIO DE TUBO DE RADICACIÓN, REPARACIÓN AL SISTEMA DE POTENCIA, REPARACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL, MANTENIMIENTO DE BANCOS DE BATERÍAS RECARGABLES, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, REPARACIÓN O CAMBIO DE TARjeta DE CONTROL PRINCIPAL, REPARACIÓN DE TARjetas ELECTRÓNICAS DAÑADAS, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
437	10	32	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA	40 TOMAS DE OXIGENO	S/M	S/M	S/S	S/I	HOSPITALIZACION	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, INCLUIE; RANURADO EN PARED DE CONCRETO PARA DESMONTAJE DE TOMA DAñADA E INSTALACIÓN DE TOMA NUEVA DE USO OXIGENO Y AIRE, DESACOPLAR TUBERIA DE LA TOMA DAñADA, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA BRAZING POR USO DEL METODO DE CAMAREO, APLICACION DE PINTURA DEL COLOR REQUERIDO, ACCESORIOS DE COBRE, PRUEBA DE FUGA EN SOLDADURA, APLICACIÓN DE CONCRETO EN PARED PARA SELLAR EL ÁREA RANURADA, INSTALACIÓN DE ACABADO EN LA TOMA USO OXIGENO Y AIRE, APLICACION DE PINTURA VINILICA AL COLOR DE LA PARED, INCLUYE EL CAMBIO DE TOMA NUEVA, SEGUN EL TIPO Y MARCA REQUERIDA. LIMPIEZA DEL AREA

Nº PROG.	J.S.	UNJD. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
438	10	32	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA	40 TOMAS DE AIRE	S/M	S/M	S/S	S/I	HOSPITALIZACION	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, INCLUYE: RANURADO EN PARED DE CONCRETO PARA DESMONTAJE DE TOMA DAÑADA E INSTALACIÓN DE TOMA NUEVA DE USO OXIGENO Y AIRE, DESACOPLAR TUBERIA DE LA TOMA DAÑADA, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA BRAZING POR USO DEL MÉTODO DE CAMAREO, APLICACIÓN DE PINTURA DEL COLOR REQUERIDO, ACCESORIOS DE COBRE, PRUEBA DE FUGA EN SOLDADURA, APLICACIÓN DE CONCRETO EN PARED PARA SELLAR EL ÁREA RANURADA, INSTALACIÓN DE ACABADO EN LA TOMA USO OXIGENO Y AIRE, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AL COLOR DE LA PARED, INCLUYE EL CAMBIO DE TOMA NUEVA, SEGUN EL TIPO Y MARCA REQUERIDA. LIMPIEZA DEL ÁREA
439	10	32	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA, CIRUGIA GENERAL	MEGADYNE	MEGA POWER TM	150715001	HGSTUX/32/0000119	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CUT, ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
440	10	33	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SUCHILAPAN DEL RÍO "CARMEN BOUZAS DE LÓPEZ ARIAS"	CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA	TEHSA	TONALLI 1SD	7210832	HCSUR/330000075	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
441	10	33	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SUCHILAPAN DEL RÍO "CARMEN BOUZAS DE LÓPEZ ARIAS"	UNIDAD DE ANESTESIA ALTA ESPECIAL.	DATEX-OHMEDA	AVANCECS/CAR	APKT00201	HCSUR/330000111	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
442	10	33	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SUCHILAPAN DEL RÍO "CARMEN BOUZAS DE LÓPEZ ARIAS"	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC2000	CV-51114298	HCSUR/330000087	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
443	10	12	HOSPITAL GENERAL DE OLUTA-ACAYUCAN	HIDRONEUMATICO	S/M	S/M	S/S	HIDRO-1	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA Golpe DE ARIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMPS,REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UND-APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
444	10	12	HOSPITAL GENERAL DE OLUTA-ACAYUCAN	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	THESA	VITALUX	509	120000184	EXPULSIVO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
445	10	12	HOSPITAL GENERAL DE OLUTA-ACAYUCAN	MESA QUIRURGICA	MAQUET	DELTA CLASIC	19335	710000083	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
446	10	12	HOSPITAL GENERAL DE OLUTA-ACAYUCAN	MESA QUIRURGICA	MAQUET	DELTA CLASIC	1073	380000605	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
447	10	12	HOSPITAL GENERAL DE OLUTA-ACAYUCAN	SUBESTACION	AMBAR	13800	12529	S/I	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE), VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS; REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS), EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.
448	10	12	HOSPITAL GENERAL DE OLUTA-ACAYUCAN	TABLERO DE HIDroneumático	S/M	S/M	S/S	TABLERO HIDRO-1	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION INTERRUPTORES , AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL PRESUPUESTO INCLUYE , REFACCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA.
449	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	ESGO	75-LVG-4AG	SIN SERIE	HRC-15000716	PRIMER NIVEL DE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISIÓN DE FLUIDO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LÁMPARA UV Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO EN GENERAL, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CONTEO DE PARÍCULAS, BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE Y LÍNEA, MEDICIÓN DE PARÁMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRÓN DE FLUJO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
450	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	ELECTROCARDIOGRAFO CON INTERPRETACION	PHILIPS	PAGE WRITER TC 20	CN62233448	HRC-15001255	TOCOQUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLES ECG, SpO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
451	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	ELECTROCARDIOGRAFO AVANZADO CON CABLE PARA PACIENTE CON 10 DERIVACIONES	PHILLIPS	PAGE WRITER TC-30	US21510274	HRC-15000474	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
452	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	ELECTROCARDIOGRAFO CON INTERPRETACION	PHILIPS	PAGE WRITER TC 20	CN62233450	HRC-15001256	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
453	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES )	PHILIPS	PAGE WRITER TC10	CN118871	HRC-15000962	PRIMER NIVEL DE HOSPITALIZACION PEDIATRICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
454	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	ELECTROCARDIOGRAFO AVANZADO CON CABLE PARA PACIENTE CON 10 DERIVACIONES Y MÓDULO PIN	PHILLIPS	PAGE WRITER TC-30	US21510307	HRC-15000478	ONCOLOGIA PEDIATRICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
455	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	INCUBADORA R-5 DE CUIDADOS INTENSIVOS	SAPS	ISOTERM	IS10-247	HRC-15000390	MÓDULO MATER	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
456	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	INCUBADORA PARA RECIN NACIDO	SAPS	ISOTERM 2K	IS10-859	HRC-15000996	TOCOQUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
457	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO	SAPS	ISOTHERM 2K	IS10-860	HRC-15000997	TOCOQUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
458	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	INCUBADORA NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS CON PANTALLA LCD.	SAPS	ISOTHERM	IS 10-209	HRC-15000378	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
459	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO	SAPS	ISOTHERM	IS10-671	HRC-15000652	PRIMER NIVEL DE HOSPITALIZACION PEDIATRICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
460	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES	SAPS ISOTHERM	2K	IS10-831	HRC-15000884	PRIMER NIVEL DE HOSPITALIZACION PEDIATRICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
461	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES	SAPS ISOTHERM	2K	IS10-832	HRC-15000885	PRIMER NIVEL DE HOSPITALIZACION PEDIATRICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
462	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES	SAPS ISOTHERM	2K	IS10-833	HRC-15000886	PRIMER NIVEL DE HOSPITALIZACION PEDIATRICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
463	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA,	KLS MARTIN	MARLUX H5	MLHS-1A090608B1216	HRC-15000361	SALA QUIRURGICAS (QX2)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
464	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE.	CORPORATIVA PROMEDICA S.A. DE C.V	ULTRA TEC 6000	6821207/6851207	HRC-15000393	AREA QUIRURGICA (QX1)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
465	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	DIMEDIC	MLQD-3002	S/S	HRC-15000504	SALA QUIRURGICAS (QX2)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
466	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL	DIMEDIC	MLQE-3050	S/S	HRC-15000505	SALA QUIRURGICAS (QX2)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
467	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIAS	DIMEDIC	MLQE-3050	S/S	HRC-15000506	AREA QUIRURGICA (QX1)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
468	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	ACEM	STARLED 3NX	33N1003219 / ST3TBL001219 / 01STB1000300167	HRC-15000823	AREA QUIRURGICA (QX3)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
469	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	ACEM	STARLED 3NX	33N1003221 / ST3TBL001221 / 01STB1000300166	HRC-15000824	AREA QUIRURGICA (QX4)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
470	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIAS DE LED	FEHLMEX	VG-E628M	MB-18362	HRC-15000999	AREA QUIRURGICA (QX4)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
471	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	FEHLMEX	VG-E628	MB-18366	HRC-15001001	AREA QUIRURGICA (QX4)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
472	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA PARA CIRUGIA CON 5 FOCOS EN SOPORTE ARTICULADO MARCA: DRAGER SOLA PREMIUM.	DRAGER	SOLA700	ASDL- 0425	HRC-15000403	TOCOQUIRURGICA(E XP. 2)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
473	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA PARA CIRUGIA DE EMERGENCIA CON 5 FOCOS EN PEDESTAL Y BATERIA	DRAGER	SOLA500	ASDL- 0486 N. DE INV. # HPCIS- 00065	HRC-15000404	TOCOQUIRURGICA(S ALA QX)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
474	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA QUIRURGICA SENSILLA OPERACIÓN MANUAL DE HALOGENO	DIMEDIC	MLQS-3001	S/S	HRC-15000507	TOCOQUIRURGICA(E XP.1)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
475	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	ACEM	STARLED 3NX	33N1003220 / ST3BL001220 / 01STB1000300170	HRC-15000825	TOCOQUIRURGICA(E XP.1)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
476	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA PARA QUIROFANO PORTATIL DE PISO CON EQUIPO DE EMERGENCIA	BAME	ULTRAT EC 5000 EM	8200421	HRC-15000882	TOCOQUIRURGICA(E XP.2)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
477	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	FEHLMEX	VG-E628	MB-18365	HRC-15001000	TOCOQUIRURGICA(S ALA QX)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
478	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE CS6	APKT00183	HRC-15000409	ONCOLOGIA PEDIATRICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
479	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE CS5	APKT00191	HRC-15000408	CLINICA DE ENDOSCOPIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
480	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MESA DE EXPLORACION QUIRURGICA PARA EXPULSION Y CIRUGIA GINECOLOGICA	MAQUET	D-76437	1003-23C0/02CE/9100108105	HRC-15000069	SALA QUIRURGICAS (QX2)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
481	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	DIMEDIC	MCG-H	VER-23	HRC-15000508	SALA QUIRURGICAS (QX1)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
482	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MESA QUIRURGICA HIDRAULICA UNIVERSAL	MAQUET	111801B0	SN01081/2002	HRC-15000072	TOCOQUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
483	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTATIL	MINDRAY	MEC2000	CV-51114315	HRC-15000495	SALA QUIRURGICAS (QX1)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
484	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTATIL	MINDRAY	MEC2000	CV-51114214	HRC-15000481	MODULO MATER	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
485	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTATIL	MINDRAY	MEC2000	CV-51114211	HRC-15000482	MODULO MATER	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
486	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTATIL	MINDRAY	MEC2000	CV-51114358	HRC-15000488	TOCOQUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
487	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	MINDRAY	IPM-12	FH-51015951	HRC-15000461	CONTROL DE URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
488	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	MINDRAY	IPM-12	FH-51015990	HRC-15000464	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
489	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	MINDRAY	IPM-12	FH-51015977	HRC-15000468	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
490	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	MINDRAY	IPM-12	FH-51015955	HRC-15000470	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
491	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTATIL	MINDRAY	MEC2000	CV-51114270	HRC-15000489	CONTROL DE URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
492	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTATIL	MINDRAY	MEC2000	CV-51114216	HRC-15000490	CONTROL DE URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
493	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	MINDRAY	IPM-12	FH-51015967	HRC-15000465	UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
494	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	MINDRAY	IPM-12	FH-51015953	HRC-15000473	BANCO DE SANGRE (NUEVO HOSPITAL)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UND. APIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
495	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM 9000	W5AH232710R.	HRC-15000301	HOSPITALIZACION NEONATOLOGIA (CUNERO PATOLOGICO) (NEONATOS UCIN)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
496	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM 9000	W5AH235310R.	HRC-15000302	HOSPITALIZACION NEONATOLOGIA (CUNERO PATOLOGICO) (NEONATOS UCIN)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
497	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM 9000	W5AH236010R.	HRC-15000303	HOSPITALIZACION NEONATOLOGIA (CUNERO PATOLOGICO) (NEONATOS UCIN)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. <span style="float: right;">108</span>
498	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	MINDRAY	IPM-12	FH-51015982	HRC-15000460	PRIMER NIVEL DE HOSPITALIZACION PEDIATRICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
499	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	MINDRAY	IPM-12	FH-51015980	HRC-15000462	HOSPITALIZACION PEDIATRICA (AREA DE LACTANTES)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
500	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	MINDRAY	IPM-12	FH-51015960	HRC-15000467	PRIMER NIVEL DE HOSPITALIZACION PEDIATRICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
501	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	MINDRAY	IPM-12	FH-51015963	HRC-15000469	HOSPITALIZACION PEDIATRICA (AREA DE LACTANTES)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
502	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTATIL	MINDRAY	MEC2000	CV-51114213	HRC-15000493	HOSPITALIZACION PEDIATRICA (AREA DE LACTANTES)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACION DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
503	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	TABLERO DE BAJA TENSIÓN NORMAL	SCHNEIDER ELECTRIC	ODLOGICPACT TIPO-C	2LB05903	09618	SUBESTACION ELECTRICA	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION INTERRUPTORES , AJUSTE DE TORNILLERA, MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EL PRESUPUESTO INCLUYE , REPARACIONES Y MANO DE OBRA., CAMBIO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL A 1600 AMP
504	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	CARDITOCOGRAFO	BIONET	FC1400	F3V0400040	HRC-15001023	TOCOQUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO,
505	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	CARDITOCOGRAFO	BIONET	FC1400	F3V0400037	HRC-15001024	TOCOQUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO,
506	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	CARDITOCOGRAFO	BIONET	FC1400	F3V0400010	HRC-15001025	TOCOQUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.,
507	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	CARDIOTOCOGRAFO BASICO	BISTOS	BT-350	AFN30095	HRC-15001278	CENTRAL DE ENFERMERIA RECUPERACION POSTQUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.,
508	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	CARDIOTOCOGRAFO BASICO	BISTOS	BT-350	AFN30089	HRC-15001279	CENTRAL DE ENFERMERIA RECUPERACION POSTQUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.,
509	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	CARDIOTOCOGRAFO BASICO	BISTOS	BT-350	AFN30096	HRC-15001280	CENTRAL DE ENFERMERIA RECUPERACION POSTQUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.,

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
510	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CIRUGIA GENERAL	MEGA POWER TM	MAGADINE	150254001	HRC-15000441	AREA QUIRURGICA (QUIROFANO)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CUT, ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
511	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CIRUGIA GENERAL	MEGA POWER TM	MAGADINE	150247001	HRC-15000442	SALA QUIRURGICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CUT, ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
512	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CIRUGIA GENERAL	MEGA POWER TM	MAGADINE	150297001	HRC-15000443	SALA QUIRURGICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CUT, ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
513	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CIRUGIA GENERAL	MEGA POWER TM	MAGADINE	143725001	HRC-15000445	SALA QUIRURGICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CUT, ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
514	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GINECOLOGICO	MEGA POWER TM	MAGADINE	150070001	HRC-15000447	SALA QUIRURGICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CUT, ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
515	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CIRUGIA GENERAL	MEGA POWER TM	MAGADINE	150317001	HRC-15000446	MODULO MATER	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CUT, ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
516	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GINECOLOGICO	MEGA POWER TM	MAGADINE	150086001	HRC-15000606	TOCOQUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CUT, ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
517	11	22	HOSPITAL GENERAL DE MINATITLAN	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNE2016	HGM 22000455	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
518	11	22	HOSPITAL GENERAL DE MINATITLAN	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DE PACIENTE	PLARRE	SPV81	SPV8182303001	HGM 22000331	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
519	11	22	HOSPITAL GENERAL DE MINATITLAN	50 TOMAS DE AIRE	S/M	S/M	S/S	S/I	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVICION EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELTICA, paneles)
520	11	22	HOSPITAL GENERAL DE MINATITLAN	50 TOMAS DE OXIGENO	S/M	S/M	S/S	S/I	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVICION EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELTICA, paneles)
521	11	58	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE IXHUAUTLÁN DEL SURESTE	COMPRESOR GRADO MEDICO	PARKER	DRD15 115/1/60	3933500003	S/I	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RING'S PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESIÓN DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENsores Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
522	11	58	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE IXHUAUTLÁN DEL SURESTE	MANIFOLD	ALEAR	S/M	S/S	S/I	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: ACTUALIZACION DE MANIFOLD A NORMAS DE SALUD, CAMBIO VÁLVULAS Y REGULADORES, MANTENIMIENTO A COMPONENTES PERIFERICOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANIFOLD, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN PRECALIBRADAS, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MANGUERAS PIGTAIL CON CHECK DE CONEXIÓN PARA CILINDROS DE O2, ELABORACIÓN A SISTEMAS DE CONTROL DE FLUJO DE OXÍGENO, COLOCACIÓN DE MANGUERAS TRAMADAS DE ALTA PRESIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE DISPLAY PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PICTELES DAÑADOS, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
523	11	75	HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES), EQUIPO MÉDICO QUE SE UTILIZA PARA EL REGISTRO Y/O DESPLIEGUE DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN, CON FUNCIÓN DE PROPÓSITO GENERAL.	PHILIPS	PAGEWRITER TC10	CND1914113	HCTONAL/750000200	UTILERIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MODULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS Fisiológicos, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
524	11	75	HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN	INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES	OHMEDA	CARE PLUS	HCDG00030	HCTONAL/750000099	PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
525	11	75	HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN	INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO	BHELIUS	ERITREA	ER15087	HCTONAL/750000213	PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
526	11	75	HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	DIMEDIC	MLQD-3002	S/S	HCTONAL/750000134	SALA DE EXPULSIÓN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
527	11	75	HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	INFINITY VISTA XL	MS1896/SN6004832163 8	HCTONAL/750000197	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
528	11	75	HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	INFINITY VISTA XL	MS1896/SN6004830072	HCTONAL/750000199	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
529	11	75	HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN	30 TOMAS DE AIRE	S/M	S/M	S / S	S/I	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MÓDULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACIÓN DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MÓDULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVISIÓN EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELTICA, paneles)

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
530	11	75	HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN	30 TOMAS DE OXIGENO	S/M	S/M	S/S	S/I	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVISION EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNAS CIEUTICA, paneles)
531	11	95	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM	V-505	1675263	HOCHOA/950000055	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
532	11	95	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFASICA	MINDRAY	BENEHEART D6	DG 52012883	HOCHOA/950000111	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SÉNAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
533	11	95	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	ATOM	V-2100G	1760018	HOCHOA/950000147	RECUPERACION TOCO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
534	11	95	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-2000	CV-51114265	HOCHOA/950000082	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
535	11	95	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL CON BRAZO Y COLIMADOR	EQUIPO (PHILIPS), BRAZO (IMD), COLIMADOR (RALCO)	EQUIPO (PATRIX 360), BRAZO (MHF2030), COLIMADOR (R 108 F DHHS)	EQUIPO (SN15000530), BRAZO (01/15-12545), COLIMADOR (1500302	HOCHOA-950000267	IMAGENOLOGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TARJETA NOMINAL DE KV, REPARACIÓN O CAMBIO DE TUBO DE RADIAción, REPARACIÓN AL SISTEMA DE POTENCIA, REPARACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL, MANTENIMIENTO DE BANCOS DE BATERÍAS RECARGABLES, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL PRINCIPAL, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DAÑADAS, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
536	11	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	EQUIPO DE ARCO EN C PARA RX	TECHNIX	TCA 6S	541361604	1203-573-002	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PIEZAS MÓVILES, CHAROLA PORTA CHASIS Y RIELES. REVISIÓN DE MOVIMIENTOS ASCENDENTE/DESCENDENTE, LONGITUDINAL / TRANSVERSAL. REVISIÓN DE LOS FRENIOS. CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO.LIMPIEZA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD, PUESTA EN MARCHA.
537	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO	ARCO EN C	PHILIPS	BV ENDURA	30000529	I-202717	RAYOS X	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PIEZAS MÓVILES, CHAROLA PORTA CHASIS Y RIELES. REVISIÓN DE MOVIMIENTOS ASCENDENTE/DESCENDENTE, LONGITUDINAL / TRANSVERSAL. REVISIÓN DE LOS FRENIOS. CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO.LIMPIEZA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD, PUESTA EN MARCHA.
538	11	104	CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE	LAMPARA DE EMERGENCIA	DIMEDIC	M-3050	S/S	1040000096	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
539	11	104	CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE	LAMPARA DE EMERGENCIA	DIMEDIC	M-3050	S/S	1040000095	TOCOCIRUGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
540	11	104	CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE	PLANTA DE EMERGENCIA	GENERACION Y POTENCIA	200 KVA	CM06-8PAQ	SIN INVENTARIO	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION, CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITACION, CAMBIO DE BALERA DE ROTOR DEL GENERADOR, CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE, DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION, PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA, REPARACION DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR, PINTAR EL AREA DEL GENERADOR, SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
541	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	TEHSA	TONALLI 1SD	6460504	1050000117	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
542	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	TEHSA	TONALLI 1SD	6440709	1050000118	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
543	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	TEHSA	TONALLI 1SD	6450314	1050000252	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
544	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	ELECTROCARDIOGRAFO AVANZADO	EDAN	SE-601B	114272-M12405780003	1050000200	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
545	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	ELECTROCARDIOGRAFO BASICO	EDAN	SE-601B	114272-M12502720001	1050000273	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
546	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	HIDRONEUMATICO	PICSA	S/M	S/S	S/I	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMPS,REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
547	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES	THESA	PILLI 1000 SD	4101109	1050000120	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
548	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES	THESA	PILLI 1000 SD	4080901	1050000121	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UND. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
549	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES	THESA	PILLI 1000 SD	4091212	1050000122	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
550	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	DIMEDIC	MLQD-3002	S/S	1050000324	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
551	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	LAMPARA QX PORTATIL PARA EMERGENCIA	COBRAMEX	ULTRATEC 500 EM	4230412	1050000245	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
552	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	LAMPARA QX PORTATIL PARA EMERGENCIA	COBRAMEX	ULTRATEC 500 EM	4220412	1050000253	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMParas, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
553	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	MANIFOLD	S/M	S/M	S/S	S/I	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: ACTUALIZACION DE MANIFOLD A NORMAS DE SALUD, CAMBIO VÁLVULAS Y REGULADORES, MANTENIMIENTO A COMPONENTES PERIFERICOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANIFOLD. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN PRECALIBRADAS, ELABORACION A SISTEMAS DE CONTROL DE FLUJO DE OXIGENO, COLOCACION DE MANGUERAS TRAMADAS DE ALTA PRESIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE DISPLAY PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PITELES DAÑADOS, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
554	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	PLANTA DE EMERGENCIA	PLANELEC	239 KVA	5C0215B0600	73056228	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION, CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ, CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR, CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE, DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION, PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA, REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR, PINTAR EL AREA DEL GENERADOR, SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.

Nº PROG.	J.S.	UND. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
555	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAUQUE	TABLERO PRINCIPAL	SIMENS	1600	S/S	S/I	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION INTERRUPTORES , AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL PRESUPUESTO INCLUYE , REFACCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA.
556	11	95	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	CAMA ELECTROMECANICA DE POSICIONES MULTIPLES	LINET	DELUXE	20070064413	HOCHOA/950000098	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE MOTORES DEL EQUIPO, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE PISTONES EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y MÓDULOS DE CONTROL REEMPLAZO DE MEMBRANAS, REEMPLAZO DE RODAJAS DAÑADAS, REEMPLAZO DE BATERÍAS SUMINISTRO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENS Y CPR, REPARACIÓN O AJUSTE DE SISTEMA UNIDIRECCIONAL EN CASO DE CONTAR CON ELLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.
557	11	95	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	CAMA ELECTROMECANICA DE POSICIONES MULTIPLES	LINET	DELUXE	20070064414	HOCHOA/950000067	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE MOTORES DEL EQUIPO, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE PISTONES EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y MÓDULOS DE CONTROL REEMPLAZO DE MEMBRANAS, REEMPLAZO DE RODAJAS DAÑADAS, REEMPLAZO DE BATERÍAS SUMINISTRO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENS Y CPR, REPARACIÓN O AJUSTE DE SISTEMA UNIDIRECCIONAL EN CASO DE CONTAR CON ELLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.
558	11	95	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHOAPAS	CAMA ELECTROMECANICA DE POSICIONES MULTIPLES	LINET	DELUXE	20070064393	HOCHOA/950000071	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE MOTORES DEL EQUIPO, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE PISTONES EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y MÓDULOS DE CONTROL REEMPLAZO DE MEMBRANAS, REEMPLAZO DE RODAJAS DAÑADAS, REEMPLAZO DE BATERÍAS SUMINISTRO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENS Y CPR, REPARACIÓN O AJUSTE DE SISTEMA UNIDIRECCIONAL EN CASO DE CONTAR CON ELLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.
559	11	75	HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN	COMPRESOR GRADO MEDICO	SIEMENS	T 500/0290	2658	HCTONAL/750000048	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RINGS PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESIÓN DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENsoRES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
560	11	104	CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE	SUBESTACION	SIEMENS	13.8 K	1BTLVDS	S/I	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRA (PORTAFUSIBLE), VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNOS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS, REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL Gabinete Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS), EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.

Nº PROG.	J.S.	UNJD. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
561	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	SUBESTACION	SIMENS	S/M	S/S	S/I	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE), VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS, REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMOS), EN SU CASO ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.
562	11	58	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE IXHUALTÁN DEL SURESTE	TRANSFORMADOR	DALTON 225 KVA	S/M	S/S	HCIXSUR/58000098-01	AREA VERDE	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELÉCTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TIR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN),VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
563	11	104	CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE	TRANSFORMADOR	ZETRAK	500 KVA	13095	HCA-2012016	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELÉCTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TIR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN),VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
564	11	105	HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE	TRANSFORMADOR	CONTINENTAL	500 KVA	S/S	S/I	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELÉCTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TIR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN),VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.