



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-025-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".

En la ciudad de Xalapa – Enríquez, Veracruz, siendo las **10:00 horas** del día **09 de agosto del 2024**, de conformidad con lo dispuesto en el **punto 6** de las bases de licitación y con fundamento en lo previsto por el Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales de Servicios de Salud de Veracruz, sita en Soconusco N° 31, colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., los C.C. **Lic. Facundo Valdivia Cadena**, Subdirector de Recursos Materiales; **M.F. Verónica Ramón Cortina**, Jefa del Departamento de Adquisiciones; **Ing. Norma Elizabeth Rodríguez Toral**, representante de la Dirección de Atención Médica; **Lic. José Luis López**, representante de la Dirección Jurídica; **Ing. Juan Manuel Reyes Fuentes**, cotizador adscrito al Departamento de Adquisiciones, todos servidores públicos de Servicios de Salud de Veracruz e integrantes de la comisión de licitación. Asimismo, se cuenta con la presencia de los CC. **Lic. Víctor Manuel Córdoba Landa** y **MSI. Karlo Pommier Granillo**, representantes del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, designados mediante oficio No. **OIC/SS-SESVER/FI/1916/2024**, a efecto de llevar a cabo el acto de junta de aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional No. LPN-103T00000-025-2024**, relativa a la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA"**.-----

El acto de junta de aclaraciones se celebra bajo el siguiente orden del día: -----

- 1.- Presentación de los servidores públicos.-----
- 2.- Presentación de la(s) empresa(s) licitante(s).-----
- 3.- Respuestas a las preguntas de la(s) empresa(s) licitante(s). -----
- 4.- Cierre del acta y firma de la misma, por todos los participantes en el evento. -----

-----HECHOS-----

1.- En desahogo del punto número uno del Orden del día, se procede a la presentación de los Servidores Públicos e Integrantes de la Comisión de Licitación. -----

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
Lic. Facundo Valdivia Cadena	Subdirector de Recursos Materiales
M.F. Verónica Ramón Cortina	Jefa del Departamento de Adquisiciones
Ing. Norma Elizabeth Rodríguez Toral	Representante de la Dirección de Atención Médica
Lic. José Luis López	Representante de la Dirección Jurídica
Ing. Juan Manuel Reyes Fuentes	Cotizador Adscrito al Departamento de Adquisiciones

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO
Lic. Víctor Manuel Córdoba Landa	Representantes del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud De Veracruz.
MSI. Karlo Pommier Granillo	

2.- En desahogo del punto número dos del Orden del día, se procede a la presentación de la empresa participante:

POR EL LICITANTE

No.	DENOMINACIÓN DE LA PERSONA MORAL Y/O FÍSICA	NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE
1	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	C. EDER CAMARGO ENRÍQUEZ

3.- En desahogo del punto número tres del orden del día, se procede a dar respuesta a las preguntas realizadas en tiempo y forma por los licitantes de acuerdo al oficio **SESVER/DAM/SAH/DATH/11303/2024**, de fecha 07 de agosto del 2024, signado por la Dra. María de los Ángeles Pérez Gil, Directora de Atención Médica. -----

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



RESPUESTA A PREGUNTAS:

Proveedor: FEHLMEX S.A. DE C.V.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

Nº	PREGUNTAS	Respuesta
1	Partida: Renglón 18 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA Referencia: 1. Esterilizador de vapor autogenerado con capacidad útil de 28 a 50 litros. Pregunta: Entendemos que para dar cumplimiento a este punto podemos ofertar un esterilizador de vapor autogenerado con capacidad total de la cámara de 45 litros, estando dentro del rango solicitado por la convocante. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	Partida: Renglón 18 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA Referencia: 2. Tipo gabinete o empotrable. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar para este punto Equipo tipo gabinete de sobremesa. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	Partida: Renglón 18 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA Referencia: 5. Cámara, Chaqueta y Puertas construidas en acero inoxidable tipo AISI 304. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Cámara, Chaqueta y Puertas construidas en acero inoxidable tipo AISI 316L, puesto que son elementos del equipo que están en contacto con el suministro de vapor y requieren de una mayor calidad para evitar la corrosión de los materiales. ¿Se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	Partida: Renglón 18 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA Referencia: 8. Con tecnología de prevacio y gravitatorio. Pregunta: Solicitamos a la convocante que para dar cumplimiento a este punto nos permita ofertar tecnología de prevacio mecánico y remoción de aire por	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



	medios mecánicos por medio de bomba de vacío con accionamiento eléctrico. ¿Se acepta?	
5	Partida: Renglón 18 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA Referencia: 8. Con tecnología de prevacio y gravitatorio. Pregunta: Entendemos que para cumplimiento a este punto basta con oferta cualquiera de los 2 sistemas de secado. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6	Partida: Renglón 18 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA Referencia: 23.2.- Equipo ablandador o suavizador de agua de acuerdo a tecnología ofertada, únicamente si la tecnología los requiere para su instalación y funcionamiento. Pregunta: Solicitamos que este punto se pueda ofertar de manera opcional ya que nuestra tecnología no requiere de tal complemento y bastara con suministrar el agua adecuada para su funcionamiento. ¿Se acepta nuestra solicitud?	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA OFERTADA.
7	Partida: Renglón 18 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA Referencia: 23.5.-Manguera. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos pueda aclarar si esta manguera es para el desagua a drenaje o de lo contrario nos pues compartir las características o la funcionalidad de este accesorio. Favor de aclarar.	ESTE PUNTO SE REFIERE A LA MANGUERA PARA EL DESAGÜE A DRENAJE.
8	Partida: Renglón 18 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA Referencia: 23.5.-Agua bidestilada. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar agua purificada, garantizando el correcto	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



	funcionamiento del equipo y la funcionalidad de todos sus ciclos. ¿Se acepta?	
--	---	--

Proveedor: SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	Se solicita a la convocante que nos permita presentar opinión de cumplimiento del IMSS con fecha anterior de 3 días máximo a la fecha de presentación de propuestas ¿se acepta?	ESTE REQUISITO NO ES SOLICITADO PARA ESTE PROCESO LICITATORIO, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
2	Punto 7. Instrucciones para la elaboración de ofertas. Se solicita a la convocante nos aclare si es motivo de descalificación solo presentar la propuesta con separadores sin folio en las hojas	Este requisito es únicamente para el control de la documentación que entreguen los licitantes participantes, no es motivo de descalificación.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	Partida 59.- Ventilador Adulto Pediátrico Neonatal Para todos los puntos. Solicitamos amablemente a la convocante, derivado a la diversidad de tecnologías existentes en el mercado, para este punto nos permita referenciar de acuerdo con las características, nomenclatura propia del fabricante ya que esto no demerita la funcionalidad y cumple con lo solicitado. ¿Se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
2	Partida 59.- Ventilador Adulto Pediátrico Neonatal Punto 3.3 Dice: Presión inspiratoria que cubra el rango de 2 a 90 cmH2O. Derivado de las diferentes tecnologías que existen en el mercado, solicitamos respetuosamente a la convocante, permita a mi representada ofertar un rango de presión de 0 a 80 cmH2O, ya que en todas las modalidades fuera del período neonatal deben programarse en un rango de 35-40 cmH2O. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA
3	Partida 59.- Ventilador Adulto Pediátrico Neonatal Punto 8.3 Dice: Tres mascarillas reusables libres de látex de tamaños grande, mediano y chico, una de cada tamaño, con arnés o sujetador. Solicitamos respetuosamente a la convocante que para dar cumplimiento a este punto permita a mi representada ofertar 5 mascarillas de cada tamaño desechables por cada reusable esto con el fin de no limitar la libre participación y evitar las contaminaciones cruzadas. ¿Se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	Renglón 61 Ventilador Neonatal para cuidados intensivos 3.8 Derivado de las diferentes guías clínicas, que recomiendan flujos continuos en neonatos de 6 l/min, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un rango de .1 a 20 L/min. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA
5	Renglón 123 Cuna Bacinete para Recién Nacido 2.- Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación y debido a la diversidad de tecnologías en el mercado, nos permita ofertar un equipo con dimensiones	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	de: 45 cm de ancho, 96 cm de largo y de 62 a 82 cm de altura variable. ¿Se acepta?	
6	Renglón 123 Cuna Bacinete para Recién Nacido 3.- Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación y debido a la diversidad de tecnologías en el mercado, nos permita ofertar un equipo fabricado en plástico ABS y la cúpula fabricada de resina resistente, ya que esto ayuda a proporcionar un ambiente más silencioso para el paciente, generando bajo estrés en el mismo. ¿Se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
7	Renglón 123 Cuna Bacinete para Recién Nacido 5.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo fabricado en plástico ABS, mismo que absorbe los impactos para no generar estrés en el paciente. ¿Se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

Proveedor: INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.	Renglón 59 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL Punto 2.9. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar sistema de suministro de aire por compresor grado médico compatible con la marca del equipo ofertado, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA
2.	Renglón 59 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL Punto 5.21. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar capacidad de almacenar 5000 eventos desde el momento que es encendido el equipo, incluyendo alarmas, avisos, estados del equipo, ajustes, ¿se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3.	Renglón 59 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL Punto 7.2. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar base rodable con cuatro ruedas, ¿se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO TAMBIÉN CUENTE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
4.	Renglón 59 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL Punto 7.3. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar batería de respaldo interna de la misma marca con 150 minutos de respaldo como mínimo, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA
5.	Renglón 61 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS Punto 5.17. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar capacidad de almacenar 5000 eventos desde el momento que es encendido el equipo, incluyendo alarmas, avisos, estados del equipo, ajustes, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA
6.	Renglón 61 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS Punto 7.1. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar base rodable con cuatro ruedas, ¿se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO TAMBIÉN CUENTE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS.
7.	Renglón 61 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS Punto 7.3. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar batería de respaldo interna de la misma marca con 150 minutos de respaldo como mínimo, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA
8.	Renglón 61 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS Punto 7.8. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar sistema de suministro de aire por compresor grado médico compatible con la marca del equipo ofertado, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



Proveedor: Laboratorios SAAV, S.A. de C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	DOCUMENTO 25: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS FOTOCOPIAS DE CERTIFICADOS/REGISTROS MENCIONADAS EN ESTE PUNTO SE ACREDITAN CON ANEXARLAS EN EL DOCUMENTO 22 "ANEXO 16" DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, SIN DETRIMENTO DE PRESENTAR LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE CUMPLIMIENTO QUE ESTABLECE ESTE NUMERAL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	DOCUMENTO 25: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, RESPECTO DE BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL, BASTARA CON PRESENTAR CERTIFICADO FDA O CE O JIS Y CERTIFICADO ISO 13485 O ISO 9001, SEGÚN CORRESPONDA AL PAÍS DE ORIGEN Y AL BIEN OFERTADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	DOCUMENTO 22 EN EL APARTADO DE NOTA IMPORTANTE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007. SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO NUMERO 16, DEL DOCUMENTO 22) EN EL PROGRAMA WORD DE OFFICE SIN DETRIMENTO A LA DEMAS INFORMACIÓN SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN FICHA NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL PRODUCTO O INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FAVOR DE ACLARAR.	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE EN LA OFERTA TÉCNICA Y EN LAS REFERENCIAS REALIZADAS, LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS O TECNOLOGÍA OFERTADA
2	RENGLON 14 EQUIPO PARA TAMIZ AUDITIVO A TRAVÉS DE EMISIONES OTOACÚSTICAS Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS AUTOMATIZADOS PUNTO 8.3. ABR Ó PEAA DE 35 A 45 DB NHL, COMO MÍNIMO EN PASOS DE 5 DB NHL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR ABR DE 30 A 40 DB NHL EN PASOS DE 5 DB NHL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	RENGLON 18 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA PUNTO 1. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 28 A 50 LITROS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 58 LITROS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA
4	RENGLON 18 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA PUNTO 3 DE UNA PUERTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME SI REQUIERE UN ESTERILIZADOR DE UNA PUERTA DE APERTURA MANUAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



NO	PREGUNTAS	REPUESTAS
5	REGLON 18 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA PUNTO 9 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS MÍNIMOS DE ESTERILIZACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ESTERILIZADOR CON 40 PROGRAMAS CONFIGURABLES DE ESTERILIZACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6	REGLON 18 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA PUNTO 11 PUERTA(S) MAL CERRADA(S) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO Y POR LA CAPACIDAD QUE REQUIEREN UN ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA CON UNA SOLA PUERTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO.
7	REGLON 40 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXÍGENO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN CONCENTRADOR DE OXIGENO 2 EN 1 (CONCENTRADOR Y NEBULIZADOR). ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA
8	REGLON 59 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL PUNTO 5.21 - CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS AL MENOS DE 20 DÍAS. SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE ACLARAR RESPECTO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 01 DE JUNIO DEL 2015 EXTABLECE CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS AL MENOS DE 24 HORAS, POR TANTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE 5 DÍAS. CONFORME AL REQUERIMIENTO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE JUNIO DE 2015 ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
9	REGLON 59 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL PUNTO 2.9.- SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE POR COMPRESOR GRADO MÉDICO INTERCONSTRUIDO O MODULAR DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



NO	PREGUNTAS	REPUESTAS
	SE CONSULTA A LA CONVOCANTE CONFORME A LA CLAVE DEL SECTOR SALUD 531.941.0048 LA CARACTERÍSTICA MENCIONADA NO SE ESPECIFICA QUE SEA SOLO POR COMPRESOR TODA VEZ QUE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN PUBLICACIÓN DE 01 DE JUNIO DEL 2015, DICE SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE (COMPRESOR, TURBINA, PISTÓN O SOPLADOR (BLOWER)). SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE POR MEDIO DE TURBINA GRADO MÉDICO INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CONFORME AL REQUERIMIENTO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE JUNIO DE 2015 ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
10	REGLON 61 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PUNTO 5.17 - CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS AL MENOS DE 20 DÍAS. SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE ACLARAR RESPECTO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 01 DE JUNIO DEL 2015 ESTABLECE CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS AL MENOS DE 24 HORAS, POR TANTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE 5 DÍAS CONFORME AL REQUERIMIENTO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE JUNIO DE 2015. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
11	REGLON 61 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PUNTO 7.8.- SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE POR COMPRESOR GRADO MÉDICO INTERCONSTRUIDO O MODULAR DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO. SE CONSULTA A LA CONVOCANTE CONFORME A LA CLAVE DEL SECTOR SALUD 531.941.0048 LA CARACTERÍSTICA MENCIONADA NO SE ESPECIFICA QUE SEA SOLO POR COMPRESOR TODA VEZ QUE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN PUBLICACIÓN DE 01 DE JUNIO DEL 2015, DICE SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE (COMPRESOR, TURBINA, PISTÓN O SOPLADOR (BLOWER)).	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



NO	PREGUNTAS	REPUESTAS
	SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE POR MEDIO DE TURBINA GRADO MÉDICO INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CONFORME AL REQUERIMIENTO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE JUNIO DE 2015 ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	

Proveedor: IMEDIC, S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	DOCUMENTO 22. EN LA USB DEBERÁ CONTENER: ANEXO 16 EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007, CON IMAGEN, MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS ILUSTRATIVOS COMPLETOS, QUE CORRESPONDAN A LAS REFERENCIAS DE LOS BIENES OFERTADOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO SIGUIENTE: 1. SI EL ANEXO 16 SE DEBE PRESENTAR POR PARTIDA O SE PUEDE ENTREGAR UN ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS PARTIDAS EN LAS QUE SE PARTICIPARÁ. 2. SI NOS ACEPTA PRESENTAR EL ANEXO 16 EN WORD, DEBIDO A QUE ALGUNAS PARTIDAS SON MUY EXTENSAS Y NO SE DEBEN COMBINAR LAS CELDAS.	1.- EL ANEXO 16 SE PUEDE ENTREGAR POR PARTIDA O EN UN SOLO ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS PARTIDAS QUE SE PARTICIPARÁ. 2.- SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	DOCUMENTO 24. CARTA DE RESPALDO ORIGINAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS CARTAS DE APOYO DE MANERA DIGITAL, DEBIDO A QUE POR LA PRONTITUD DEL PROCEDIMIENTO ALGUNOS FABRICANTES O DISTRIBUIDORES NO LOGRAN MANDAR LAS MISMAS EN TIEMPO PARA LA PRESENTACIÓN	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO, SI RESULTA ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LAS CARTAS EN ORIGINAL EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.
3	PROPUESTA ECONÓMICA. DOCUMENTO 3. ANEXO 21 PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, ¿SERÁ SUFICIENTE CON PONER LA LEYENDA "DE ACUERDO A LAS BASES" EN CADA UNO DE LOS INCISOS DEL A AL F? ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
4	LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE SI NOS PUEDE ACLARAR SI LA PROPUESTA SE DEBE ENTREGAR FOLIADA.	ESTE REQUISITO ES ÚNICAMENTE PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUEN LOS LICITANTES PARTICIPANTES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

B) DE CARÁCTER TÉCNICO.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	9 COMPRESOR DENTAL LIBRE DE ACEITE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ESPECIFICAR LA CAPACIDAD SOLICITADA DEL TANQUE EN LITROS, LA CAPACIDAD DEL MOTOR EN HP Y SI LO REQUIEREN LIBRE DE ACEITE O CON ACEITE?	TAL Y COMO LO ESPECIFICA LA FICHA TÉCNICA: SE REQUIERE COMPRESOR DENTAL LIBRE DE ACEITE CON MOTOR DE 1 HP, TANQUE CON CAPACIDAD DE 24 LITROS.
2	18 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ESPECIFICAR LA CAPACIDAD EN LITROS QUE SOLICITAN?	DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA PUNTO 1: ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 28 A 50 LITROS.
3	22. GLUCOMETRO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON RANGO DE MEDICIÓN DE 20 A 600 MG/DL	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA
4	22. GLUCOMETRO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN GLUCÓMETRO CUYA VIDA ÚTIL DE LA PILA INCLUIDA ES DE 3000 ANÁLISIS, POR LO QUE NO REQUERIRÍA PILAS EXTRAS POR MUCHO TIEMPO	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN FICHA TÉCNICA, SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS QUE OFERTEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, POR LO QUE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE EN LA OFERTA TÉCNICA Y EN LAS REFERENCIAS REALIZADAS, LA IGUALDAD O MEJORA DE LAS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00900-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
		CARACTERÍSTICAS TECNOLOGÍA OFERTADA 0
5	46 SENSOR DIGITAL INTRA ORAL RAFIOVISOGRAFO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR SI EL EQUIPO LO REQUIEREN TAMAÑO PEDIATRICO O ADULTO?	SE REQUIERE TAMAÑO ADULTO.
6	49 TINA ULTRASONICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ESPECIFICAR LA CAPACIDAD EN LITROS QUE SOLICITAN?	TAL Y COMO LO ESPECIFICA LA FICHA TÉCNICA, SE REQUIERE DE CAPACIDAD DE 2500 ML, (EQUIVALENTE A 2.5 LITROS)
7	57 UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ESPECIFICAR LA CAPACIDAD EN LITROS QUE SOLICITAN?	APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA. LA UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA SE CONOCE TAMBIÉN COMO ESCARIADOR ULTRASONICO O CAVITRÓN Y NO ALMACENA LÍQUIDOS POR LO QUE LA PREGUNTA NO ES APLICABLE AL TIPO DE EQUIPO
8	64. ANAQUEL PARA CARGAS PESADAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANAQUEL CON BASE CALIBRE 20, COLOR GRIS, Y QUE SEA ARMABLE CON SISTEMA DE CLIPS?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE CARACTERÍSTICAS SOLICITAS EN FICHA TÉCNICA
9	65. ANAQUEL PARA CARGAS PESADAS 3 ENTREPAÑOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANAQUEL CON BASE CALIBRE 20, COLOR GRIS, Y QUE SEA ARMABLE CON SISTEMA DE CLIPS?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE CARACTERÍSTICAS SOLICITAS EN FICHA TÉCNICA
10	96. CAMILLA MARINA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAMILLA DE MATERIAL DE LONA	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
11	112. CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA SUCIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CARRO QUE NO CUENTE CON MANIJAS PARA EMPUJE, EN SU LUGAR CUENTA CON EL BORDE SUPERIOR DEL CARRO EN FORMA DE JALADERA PARA FACILITAR EL MOVIMIENTO EN CUALQUIER SENTIDO.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA
12	194. SILLA DE RUEDAS CON DESCANSA PIES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA SILLA CON CAPACIDAD DE SOPORTE DE 120 KGS. CON EL SUPUESTO DE QUE LOS PACIENTES DE TALLA NORMAL NO SUPERAN ESE PESO	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
13	205. SILLON REPOSET. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SILLÓN TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
14	244. LICUADORA DOMÉSTICA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO SIN LA FUNCION DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
15	397. VIDEOPROYECTOR DIGITAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON INTERFAZ DE ENTRADA DC DE 5V A 1.5 AMP, Y SI NOS PUEDEN ESPECIFICAR A QUE SE REFIEREN CON LA POTENCIA DEL MOTOR?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA, CON RESPECTO A LA POTENCIA DEL MOTOR, SE REFIERE AL MOTOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.

Concluye la etapa de preguntas y respuestas presentadas en tiempo y forma. -----

Para efectos de la notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia de esta acta en el Departamento de Adquisiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2024/licitaciones-publicas-nacionales-2024/> significando que todos los acuerdos tomados en la presente serán obligatorios para todos los licitantes. -----

Se reitera a los participantes que deberán presentar en su propuesta técnica, **ACUSE (CON SELLO ORIGINAL) del escrito bajo protesta de decir verdad en el que el licitante manifieste que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se genera un conflicto de interés, el cual el licitante debió haber presentado al Órgano Interno de Control DENTRO DEL PERIODO DE LA PUBLICACIÓN DE LAS BASES Y HASTA ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.** En caso de que sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. **Anexo N° 8**, solicitado en el numeral **7.1. Documento 13**, de las bases de licitación. -----

Se informa que deberán apegarse a lo establecido en las bases de participación y sus modificaciones, así como en los Artículos 26 fracción I, 27 fracción I, y demás relativos de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".





Finalmente, se les recuerda que el **acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas** se llevará a cabo el día **14 de agosto de 2024, a las 10:00 horas**, en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales de Servicios de Salud de Veracruz, sito en Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, de esta ciudad de Xalapa, Ver.-----

4. - En desahogo del punto número cuatro no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta siendo **las 11:00 horas** del día de su inicio, firmando al margen y al calce a entera satisfacción los que en ella intervinieron, la falta de firma de alguno de los participantes en este acto no invalida el contenido de la misma. -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES

M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA

**ING. NORMA ELIZABETH RODRÍGUEZ
TORAL**

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA

ING. JUAN MANUEL REYES FUENTES
COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".



POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
LIC. VÍCTOR MANUEL CÓRDOBA LANDA	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.	
MSI. KARLO POMMIER GRANILLO		

POR EL LICITANTE

No.	DENOMINACIÓN DE LA PERSONA MORAL Y/O FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	C. EDER CAMARGO ENRÍQUEZ	

*****FIN DEL ACTA*****

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-025-2024 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS Y HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁZQUEZ SEGUNDA CONVOCATORIA".