



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".

EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **17:00** HORAS DEL DÍA **24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN **EL PUNTO 6** DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE ENCUENTRAN REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, LOS C.C. **LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; **M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES; **M.C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS**, DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA; **LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **L.A.E. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ AGUILAR**, COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LOS C.C. **MSI. KARLO POMMIER GRANILLO** Y **LIC. ROSA ISELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ** REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADOS MEDIANTE OFICIO **No. OIC/SS-SESV ER/FI/2493/2024**; TAMBIÉN SE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DEL **C. OSCAR PÉREZ LÓPEZ**, TESTIGO SOCIAL CON NÚMERO DE REGISTRO **CGF-PF-005-2024**, DESIGNADO MEDIANTE OFICIO **No. OIC/SS-SESV ER/FI/2502/2024**, A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024**, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE **"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER"**.

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DE DÍA: -----

- 1.-PRESENTACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.-----
- 2.- PRESENTACIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) LICITANTE(S).-----
- 3.-ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.-----
- 4.-RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA EMPRESA PARTICIPANTE.-----
- 5.-CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS ASISTENTES EN EL EVENTO.-----

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



HECHOS

1.-EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN.

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
M.C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS	DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
LAE. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ AGUILAR	COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO
MSI. KARLO POMMIER GRANILLO	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.
LIC. ROSA ISELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ	

POR EL TESTIGO SOCIAL

NOMBRE
C. OSCAR PÉREZ LÓPEZ

2.-EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE.

POR EL LICITANTE

EMPRESA	REPRESENTANTE
BRENDA LIZETH RIVERA JAIMES	C. ALEJANDRO FLORES ARROYO

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



3.-EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES LAS MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES, SOLICITADAS MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS SESVER/LESP/AD/3201/2024, SESVER/LESP/AD/3230/2024 Y SESVER/LESP/AD/3238/2024, SIGNADOS POR LA M. EN C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS, DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL **PUNTO 6.1. DE LAS BASES, QUE A LA LETRA DICE "CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN RESPECTO A LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA LICITACIÓN, SERÁ RESUELTA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES COMO LO ESTIPULA EL ARTÍCULO N° 40 DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE".-----**

4.-MODIFICACIONES A LAS BASES

MODIFICACIÓN N°. 1

FICHA TÉCNICA DEL RENGLÓN 56 "MARCO DE PESAS, CALIBRACIÓN".

DICE:

HOJA: 1 de 2	RENGLÓN N°. 56				
Ficha Técnica					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE					
ORIGEN DEL RECURSO					
NOMBRE GENÉRICO					
MARCO DE PESAS, CALIBRACIÓN					
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	35701	59	N/A	4	SERVICIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

No.	Equipo/Instrumento	Marca	Modelo	No. de Serie	Unidad/ Magnitud	Rango de operación	Puntos a calibrar / Resolución
1	MARCO DE PESAS-DE-001	OHAUS	80850112	SIN NÚMERO	gramos	1 mg a 1 00g	Valor nominal de las 20 pesas Clase de Exactitud M1
2	MARCO DE PESAS-DE-002	TROEMNER	80780445	400003217	mg/g	1 mg a 500 g	Valor nominal de las 24 pesas Clase de Exactitud F1
3	MARCO DE PESAS-CR-001	OHAUS	292-10	SIN NÚMERO	gramos	10 mg a 100 g	Valor nominal de las 15 pesas Clase de Exactitud M2
4	MARCO DE PESAS-CR-002	Häfner	7-XFHM-810	11731115	gramos	2 mg a 1 kg	Valor nominal de las 23 pesas Clase de Exactitud F1

- Servicio de Calibración que incluya el certificado correspondiente con los resultados obtenidos en las pruebas y la carta de trazabilidad.
- Colocación de etiqueta de calibración.
- El proveedor debe contar con acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación en la magnitud de Masa.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
MARCO DE PESAS, CALIBRACIÓN	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	35701	59	N/A	4	SERVICIO

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
2. Condiciones y plazo de entrega:	EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN, DEBERÁ REALIZARSE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	PROVEEDOR CON ACREDITACIÓN VIGENTE ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN EN LA MAGNITUD MASA
8. Otras:	

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



DEBE DE DECIR:

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN N°. 56

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
MARCO DE PESAS, CALIBRACIÓN	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	35701	59	N/A	3	SERVICIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

No.	Equipo/Instrumento	Marca	Modelo	No. de Serie	Unidad/ Magnitud	Rango de operación	Puntos a calibrar / Resolución
1	MARCO DE PESAS-DE-001	OHAUS	80850112	SIN NÚMERO	gramos	1 mg a 1 00g	Valor nominal de las 20 pesas Clase de Exactitud: M1
2	MARCO DE PESAS-DE-002	TROEMNER	80780445	400003217	mg/g	1 mg a 500 g	Valor nominal de las 24 pesas Clase de Exactitud F1
3	MARCO DE PESAS-CR-001	OHAUS	292-10	SIN NÚMERO	gramos	10 mg a 100 g	Valor nominal de las 15 pesas Clase de Exactitud: M2

- Servicio de Calibración que incluya el certificado correspondiente con los resultados obtenidos en las pruebas y la carta de trazabilidad.
- Colocación de etiqueta de calibración.
- El proveedor debe contar con acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación en la magnitud de Masa.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

MARCO DE PESAS, CALIBRACIÓN

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	35701	59	N/A	3	SERVICIO

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
2. Condiciones y plazo de entrega:	EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DEBERÁ REALIZARSE 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	PROVEEDOR CON ACREDITACIÓN VIGENTE ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN EN LA MAGNITUD MASA
8. Otras:	

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



MODIFICACIÓN N°. 2

FICHA TÉCNICA DEL RENGLÓN 62 "MONITOR DE CONDENSADORA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO".

DICE:

HOJA: 1 de 1	RENGLÓN N°. 62				
Ficha Técnica					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024				
NOMBRE GENÉRICO					
MOTOR DE CONDENSADORA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	35701	59	N/A	5	SERVICIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Reparación de motor eléctrico bifásico 220 Volts, 1 H.P.
- Incluye embobinado,
 - cambio de baleros
 - Pintura de carcasa

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
2. Condiciones y plazo de entrega:	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO, DEBERÁ REALIZARSE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	PROVEEDOR CON EXPERIENCIA COMPROBABLE EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y EMBOBINADO EN MOTORES ELÉCTRICOS.

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029
2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



DEBE DE DECIR:

HOJA: 1 de 1	RENGLÓN N°. 62				
Ficha Técnica					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024				
NOMBRE GENÉRICO					
MOTOR DE CONDENSADORA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	35701	59	N/A	5	SERVICIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Reparación de 5 motores eléctricos bifásico 220 Volts, 1 H.P.

- Incluye embobinado,
- cambio de baleros
- Pintura de carcasa.

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 5 MOTORES, DEBERÁ REALIZARSE 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	PROVEEDOR CON EXPERIENCIA COMPROBABLE EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y EMBOBINADO EN MOTORES ELÉCTRICOS.

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Mermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco #31 Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



MODIFICACIÓN N°. 3

EN REFERENCIA A LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS **RENGLONES DEL 4 AL 29** DEBERÁN SEÑALAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CALIBRACIONES SEGÚN LO REQUIERAN".

MODIFICACIÓN N°. 4

PÁGINA 19 DE 67

PUNTO 7.1.: CONTENIDO Y ORDEN DE LA PREPARACIÓN TÉCNICA

DICE:

DOCUMENTO 24. CARTA DE RESPALDO ORIGINAL CASO DE PARTICIPAR EN LOS RENGLONES **1 AL 29** DEL (LOS) FABRICANTE(S) Y/FILIAL EN MÉXICO, Y/O DISTRIBUIDOR MAYORITARIO, Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DONDE ACREDITE FEHACIENTEMENTE QUE EL (LOS) FABRICANTE(S) CUENTAN CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS RENGLONES Y QUE SE OBLIGA SOLIDARIAMENTE CON EL LICITANTE A CUMPLIR FIEL Y OPORTUNAMENTE LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN. LA CARTA DE RESPALDO DEBERÁ TENER COMO **MÁXIMO 10 DÍAS HÁBILES DE HABER SIDO EXPEDIDA** AL MOMENTO DEL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y DEBERÁ SER ESPECÍFICAMENTE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO ORIGINAL DE LA EMPRESA QUE LA EMITE, CUYA AUTENTICIDAD PODRÁ SER VERIFICADA. **ASIMISMO, DEBERÁ ESPECIFICAR EL GIRO DE LA EMPRESA, RENGLÓN, NOMBRE DEL BIEN Y MARCA QUE RESPALDA.**

DEBE DECIR:

DOCUMENTO 24. COPIA A COLOR DE LA CARTA DE RESPALDO EN CASO DE PARTICIPAR EN LOS RENGLONES **1 AL 29** DEL (LOS) FABRICANTE(S) Y/FILIAL EN MÉXICO, Y/O DISTRIBUIDOR MAYORITARIO, Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DONDE ACREDITE FEHACIENTEMENTE QUE EL (LOS) FABRICANTE(S) CUENTAN CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS RENGLONES Y QUE SE OBLIGA SOLIDARIAMENTE CON EL LICITANTE A CUMPLIR FIEL Y OPORTUNAMENTE LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN. LA CARTA DE RESPALDO DEBERÁ TENER COMO **MÁXIMO 10 DÍAS HÁBILES DE HABER SIDO EXPEDIDA** AL MOMENTO DEL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y DEBERÁ SER ESPECÍFICAMENTE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO ORIGINAL DE LA EMPRESA QUE LA EMITE, CUYA AUTENTICIDAD PODRÁ SER VERIFICADA. **ASIMISMO, DEBERÁ ESPECIFICAR EL GIRO DE LA EMPRESA, RENGLÓN, NOMBRE DEL BIEN Y MARCA QUE RESPALDA.**

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE" EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



SIN EMBARGO, EN CASO DE **RESULTAR ADJUDICADO** DEBERÁ PRESENTAR LAS **CARTAS DE RESPALDO** EN ORIGINAL EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

4. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, DE ACUERDO AL **OFICIO N°. SESVER/LESP/D/3217/2024**, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SIGNADO POR LA **MTRA. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS**, DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA-----

1.-PROVEEDOR: BRENDA LIZETH RIVERA JAIMES.

A) -DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PONGA A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES LAS BASES EN FORMATO WORD ESTO CON EL FIN DE PRESENTAR DE MANERA CORRECTA LOS ANEXOS SOLICITADOS.	<p>POR LA PREMURA DE LOS TIEMPOS, SE PROPORCIONARÁN LAS BASES EN FORMATO WORD, SIEMPRE Y CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ASISTA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE SESVER Y PROPORCIONE UN ESCRITO LIBRE DIRIGIDO AL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SOLICITANDO LA INFORMACIÓN Y RESPONSABILIZÁNDOSE QUE NO HARÁ MAL USO DE LA MISMA, EN APEGO A LA CONFIABILIDAD DE LOS DATOS, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL DOCUMENTO 24 ES UN ESCRITO LIBRE O EXISTE UN FORMATO OFICIAL DE LA "CARTA DE RESPALDO ORIGINAL", YA QUE NO SE HACE REFERENCIA A NINGÚN ANEXO DENTRO DE LAS BASES.	<p>LA CARTA DE RESPALDO CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO 24 SE PRESENTA EN ESCRITO LIBRE, DEBERÁ ELABORARSE EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA QUE RESPALDA AL LICITANTE PARA ESTA LICITACIÓN.</p>

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T0000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



B) -DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	RESPECTO AL DOCUMENTO 24 "CARTA DE RESPALDO ORIGINAL"; SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE RESPALDO ORIGINAL ESCANEADA E IMPRESA Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS CON ESTA LICITACIÓN SE PRESENTARA CON FIRMA AUTÓGRAFA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN NÚMERO 4.
2	RESPECTO AL NUMERAL 1.6, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER 1 SERVICIO PREVENTIVO SOLO EL PRIMER AÑO, ASÍ COMO 1 EVENTO CORRECTIVO EN CASO DE DEFECTO DE FÁBRICA Y POR MAL USO DEL EQUIPO, DERIVADO DE QUE EL COSTO BENEFICIO NO ES PROCEDENTE EN UNA PÓLIZA CORRECTIVA ILIMITADA COMO LA REQUIEREN.	SE ACEPTE. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	RESPECTO AL DOCUMENTO 22, RENGLÓN 5 DETECTOR DE GERMANIO; SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR HOJA DE FUNCIONAMIENTO, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTE. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 6 DETECTOR PARA SISTEMAS PROPORCIONAL DE FLUJO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CARTA RESPALDO DEL FILIAL EN MÉXICO PREVIA PARA ESTE PROCESO Y SE ENTREGA OFICIAL DE RESPALDO 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER FIRMADO CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTE. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 7 AMPLIFICADOR DE ENERGÍA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR HOJA DE FUNCIONAMIENTO, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTE. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 8, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER 1 SERVICIO PREVENTIVO SOLO EL PRIMER AÑO, ASÍ COMO 1 EVENTO CORRECTIVO Y SOLO APLICA POR DEFECTO DE FÁBRICA Y POR MAL USO DEL EQUIPO, ESTO YA QUE EL COSTO BENEFICIO NO ES PROCEDENTE EN UNA PÓLIZA CORRECTIVA ILIMITADA COMO LA REQUIEREN.	SE ACEPTE. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



7	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 8 FUENTE DE ALTO VOLTAJE, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR HOJA DE FUNCIONAMIENTO, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
8	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLONES 9, 11, 18, 26, 27, 28 Y 29, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE FÁBRICA ES UN SIMIL DEL CERTIFICADO DE CALIDAD, SI ESTA APRECIACIÓN ES CORRECTA, SE PUEDE PRESENTAR UNO DE LOS 2 CERTIFICADOS.	SI, ES UN CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO. SE ACEPTA CUALQUIERA DE LOS DOS CERTIFICADOS. SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.
9	RESPECTO AL DOCUMENTO 22, RENGLÓN 9 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE FÁBRICA, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
10	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 11 ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE FÁBRICA, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
11	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 12 CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE FÁBRICA, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
12	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 12 CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MANUAL DE OPERACIÓN, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
13	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 13 ESTUFA DE SECADO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



14	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 14 INCUBADORA DE CO ₂ , SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUMPLE CON EL MAYOR NÚMERO DE CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS YA QUE NO ES POSIBLE CONTAR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES REUNIDAS EN UN SOLO EQUIPO POR EL MOMENTO.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
15	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 14 INCUBADORA DE CO ₂ , SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
16	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 16 ULTRACONGELADOR, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
17	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 17 CONGELADOR VERTICAL, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
18	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 18 PLACA DE AGITACIÓN DE 6 PLAZAS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE FÁBRICA, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
19	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 19 PLACA DE AGITACIÓN CON CALENTAMIENTO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MODELO QUE SUSTITUYE AL MODELO CADUCO REQUERIDO EN LAS BASES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA UN MODELO AUTORIZADO POR EL ÓRGANO RECTOR/VERIFICADOR CCAYAC Y/O INDRE. SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.
20	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 19 PLACA DE AGITACIÓN CON CALENTAMIENTO, INFORMAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NO APLICA HOJA DE SEGURIDAD PARA LA PARTIDA MENCIONADA, YA QUE NO ES UN MATERIAL QUE APLIQUE NOM-018 EN MÉXICO.	NO APLICA LA HOJA DE SEGURIDAD PARA ESTE RENGLÓN.
21	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 20 GABINETE DE BIOSEGURIDAD TIPO II, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD, 15 DÍAS HÁBILES	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



	POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	
22	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 21 BAÑO MARIA DE CAPACIDAD DE 11L, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
23	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 22 AUTOCLAVE HORIZONTAL, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
24	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 22 AUTOCLAVE HORIZONTAL, INFORMAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NO APLICA HOJA DE SEGURIDAD PARA LA PARTIDA MENCIONADA, YA QUE NO ES UN MATERIAL QUE APLIQUE NOM-018 EN MÉXICO.	NO APLICA LA HOJA DE SEGURIDAD PARA ESTE RENGLÓN.
25	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 25 SONDA PARA MONITOR DE RADICACIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL MANUAL DE OPERACIÓN, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
26	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 26 INCUBADORA DE CONVECCIÓN FORZADA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE FÁBRICA, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
27	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 27 BAÑO MARIA DE 28 L, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE FÁBRICA D, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
28	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 28 REFRIGERADOR DE 37 PIES CUBICOS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE FÁBRICA, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
29	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 29 TERMOHIGROMETRO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO	SE ACEPTA.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



	DE LIBERACIÓN DE FÁBRICA, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
30	RESPECTO AL DOCUMENTO 22 RENGLÓN 29 TERMOHIGROMETRO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA Y HUMEDAD, 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS CON LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
31	RESPECTO AL RENGLÓN 43 DATALOGGER 6 SONDAS CALIBRACIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL NÚMERO EXACTO DE SERVICIOS SOLICITADOS, YA QUE EN LA FICHA TÉCNICA MENCIONA 1 SERVICIO, CUANDO SE DESGLOSAN 6 EQUIPOS A REALIZAR EL SERVICIO.	SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
32	RESPECTO AL RENGLÓN 56 MARCO DE PESAS CALIBRACIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL NÚMERO EXACTO DE SERVICIOS SOLICITADOS YA QUE EN LA FICHA TÉCNICA MENCIONAN 3 SERVICIOS, CUANDO SE DESGLOSAN 4 EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO.	PARA ESTE RENGLÓN, SON 4 SERVICIOS PARA MARCO DE PESAS
33	RESPECTO AL RENGLÓN 62 MICROSCOPIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL NÚMERO EXACTO DE SERVICIOS SOLICITADOS YA QUE EN LA FICHA TÉCNICA MENCIONAN 5 SERVICIOS, CUANDO SE DESGLOSA ES UN SOLO EQUIPOS A REALIZAR EL SERVICIO.	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN NÚMERO 2.

2.-PROVEEDOR: IMEDIC, S.A. DE C.V.

A) -DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

Nº.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	DOCUMENTO 24. CARTA DE RESPALDO ORIGINAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS CARTAS DE APOYO DE MANERA DIGITAL, DEBIDO A QUE POR LA PRONTITUD DEL PROCEDIMIENTO ALGUNOS FABRICANTES O DISTRIBUIDORES NO LOGRAN MANDAR LAS MISMAS EN TIEMPO PARA LA PRESENTACIÓN, HACIENDO EL COMPROMISO DE PRESENTARLAS EN ORIGINAL EN CASO DE SER ADJUDICADO. ¿SE ACEPTA?	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN NÚMERO 4.
2	PROPIUESTA ECONÓMICA. DOCUMENTO 3. ANEXO 21	SI SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



	PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, ¿SERÁ SUFFICIENTE CON PONER LA LEYENDA" DE ACUERDO A LAS BASES" EN CADA UNO DE LOS INCISOS DEL A AL F? ¿SE ACEPTE?	
3	LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE SI NOS PUEDE ACLARAR SI LA PROPUESTA SE DEBE ENTREGAR FOLIADA.	NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, SE RECOMIENDA PRESENTAR LA PROPUESTA FOLIADA COMO MEDIDA DE CONTROL, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO VII DE LAS BASES DE LA PRESENTÉ LICITACIÓN.

B) -DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	DOCUMENTO 27 ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE COMPROMIENE A REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y LOS MANTENIMIENTOS DE CALIBRACIÓN Y DEMÁS QUE ESTAN CONTRATANDO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA DE ACUERDO A LAS FICHAS TÉCNICAS QUE APLIQUE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE MANTENIMIENTOS PARA LAS PARTIDAS 1,2,3, YA QUE NO ESPECIFICA Y/O SOLICITAN FAVOR DE ACLARAR	PARA LOS RENGLONES 1, 2 Y 3 SI SE REQUIERE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ANUALES. SIN SER UNA LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.
2	DOCUMENTO 27 ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE COMPROMIENE A REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y LOS MANTENIMIENTOS DE CALIBRACIÓN Y DEMÁS QUE ESTAN CONTRATANDO DURENTE EL PERÍODO DE GARANTÍA DE ACUERDO A LAS FICHAS TÉCNICAS QUE APLIQUE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE MANTENIMIENTOS PARA LAS PARTIDAS 5,6,7,10,12 ,13,14,16,17,18,19,20,21,22,26,28, YA QUE NO ESPECIFICA Y/O SOLICITAN LA PARTIDA 5,10, SOLO SOLICITA 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL FAVOR DE ACLARAR PARA LAS PARTIDAS 6,7, NO ESPECIFICA	REMITIRSE A LA MODIFICACIÓN NÚMERO 3.
3	PARTIDA 1 AL 29 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL LUGAR DONDE SE INSTALARÁ EL EQUIPO NUEVO YA CUENTA CON LAS ADECUACIONES E INSTALACIONES DE LAS AREAS PARA RECIBIR Y/O INSTALAR EL EQUIPO NUEVO. EN LAS ADECUACIONES E INSTALACIONES SE DEBEN INCLUIR EL Y/O LOS RETIRO(S) DEL EQUIPO(S) QUE SE VA A SUSTITUIR, A UN LUGAR DESTINADO POR UDS, O CUAL	APEGARSE A LAS BASES DE LICITACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS. EL PERÍODO PARA LAS VISITAS DE INSTALACIONES SE REALIZÓ DEL 19 AL 23/09/2024. EXCLUSIVAMENTE PARA LOS RENGLONES 1, 2 Y 3 QUE SON LOS ÚNICOS QUE REQUERÍAN VISITA.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE" EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



	<p>ES EL MANEJO O DESTINO FINAL DE ESOS EQUIPOS RETIRADO, YA QUE ESTO IMPLICA MANIOBRAS Y COSTOS ADICIONALES, PARA CONSIDERARLO EN NUESTROS COSTOS.</p> <p>¿SE PUEDE REALIZAR VISITA AL AREA? FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>LOS EQUIPOS A SUSTITUIR SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO COMO ACTIVO FIJO DEL LESP, POR LO QUE SU RETIRO COMPETE A SESVER.</p> <p>SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
4	<p>PARTIDA 10 MONITOR DE RADIACIÓN</p> <p>LA CONVOCANTE INDICA QUE SOLO REQUIERE EL SUMINISTRO DEL EQUIPO CON GARANTÍA DE 12 MESES.Y CALIBRACIÓN A LOS 12 MESES.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>PARA EL RENGLÓN 10, SE REQUIERE LA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CALIBRACIÓN PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y GARANTÍA DE 12 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA EN EL LESP. APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA.</p> <p>SIN SER UNA LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>
5	<p>PARTIDA 11 ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATOMICA.</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 2 AÑOS.</p> <p>PERO EN EL INCISO 3.DE GARANTIA Y CALIDAD SOLICITA 12 MESES.</p> <p>EN EL PUNTO 5 NO ESPECIFICA Y/O SOLICITA MANTENIMIENTO.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR CUAL ES LO CORRECTO.</p>	<p>PARA EL RENGLÓN 11, SE REQUIERE LA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CALIBRACIÓN PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y GARANTÍA DE 12 MESES Y UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL.</p> <p>SIN SER UNA LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>
6	<p>PARTIDA 11 ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATOMICA.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, YA QUE LAS QUE SOLICITAN CORRESPONDEN A UNA MARCA Y MODELO EN ESPECIFICO LO CUAL LIMITA LA PARTICIPACION.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES.</p>
7	<p>PARTIDA 11 ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATOMICA.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA DEL EQUIPO, YA QUE EL EQUIPO SOLICITADO ES UN EQUIPO DE FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO POR LAS ESPECIFICACIONES Y CERTIFICACIONES QUE SE REQUIEREN EN SU PROCESO DE FABRICACIÓN; SOLICITAMOS AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA DE 60-90 DIAS HABILES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES.</p>
8	<p>PARTIDA 11 ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATOMICA.</p>	<p>YA SE CUENTA CON ADECUACIONES E INSTALACIONES.</p>

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL LUGAR DONDE SE INSTALARÁ EL EQUIPO NUEVO YA CUENTA CON LAS ADECUACIONES E INSTALACIONES DE LAS AREAS PARA RECIBIR Y/O INSTALAR EL EQUIPO NUEVO.</p> <p>¿SE PUEDE REALIZAR VISITA AL AREA? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>NO SE ACEPTAN VISITAS PARA LOS EQUIPOS PARA LABORATORIO. APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN.</p> <p>SIN SER UNA LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>
9	<p>RENGLÓN NO. 20 GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL LUGAR DONDE SE INSTALARÁ EL EQUIPO NUEVO YA CUENTA CON LAS ADECUACIONES E INSTALACIONES DE LAS AREAS PARA RECIBIR Y/O INSTALAR EL EQUIPO NUEVO.</p> <p>YA QUE REQUIEREN INSTALACIONES Y ADECUACIONES ESPECIALES PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>¿SE PUEDE REALIZAR VISITA AL AREA? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>YA SE CUENTA CON ADECUACIONES E INSTALACIONES.</p> <p>NO SE ACEPTAN VISITAS PARA LOS EQUIPOS PARA LABORATORIO. APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN</p> <p>SIN SER UNA LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>
10	<p>RENGLÓN NO. 20 GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA DEL EQUIPO, YA QUE EL EQUIPO SOLICITADO ES UN EQUIPO DE FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO POR LAS ESPECIFICACIONES Y CERTIFICACIONES QUE SE REQUIEREN EN SU PROCESO DE FABRICACIÓN;</p> <p>SOLICITAMOS AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA DE 60-90 DIAS HABILES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES.</p>
11	<p>PREGUNTAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA Y EQUIPO</p>	
12	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL MANTENIMIENTO A LAS MARCAS Y MODELOS DE LAS PARTIDAS DE LAS CUALES TENEMOS REPRESENTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN Y CON ESTO ASEGURAMOS CUMPLIR CON REFACCIONES ORIGINALES E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA MARCA QUE REPRESENTAMOS.</p> <p>FAVOR DE ACEPTAR</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES.</p>
13	<p>PARTIDA 47</p> <p>PUNTO 8. PARA CUMPLIR ESTE PUNTO SOLICITAMOS PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL. REPRESENTANTE DE LA MARCA DONDE NOS AUTORIZA A PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA DEL MANTENIMIENTO SOLICITADO.</p> <p>FAVOR DE ACEPTAR</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES.</p>
14	<p>PARTIDA 50 GABINETES DE BIOSEGURIDAD CLASE II</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL MANTENIMIENTO A LAS MARCAS Y MODELOS DE LAS</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES.</p>

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE" EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



	PARTIDAS DE LAS CUALES TENEMOS REPRESENTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN Y CON ESTO ASEGURAMOS CUMPLIR CON REFACCIONES ORIGINALES E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA MARCA QUE REPRESENTAMOS. FAVOR DE ACEPTAR	
15	PARTIDA 50 GABINETES DE BIOSEGURIDAD CLASE II PUNTO 8. PARA CUMPLIR ESTE PUNTO SOLICITAMOS PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL REPRESENTANTE DE LA MARCA DONDE NOS AUTORIZA A PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL MANTENIMIENTO SOLICITADO. FAVOR DE ACEPTAR	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES.

SE CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA. -----

SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS ANTES MENCIONADAS NO SON LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

SE REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, **ACUSE (CON SELLO ORIGINAL)** DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EL CUAL EL LICITANTE DEBE PRESENTAR AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, **PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**. EN CASO DE QUE SEA PERSONA MORAL, DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, **ANEXO 8**, SOLICITADO EN EL **DOCUMENTO 13** DE LAS BASES DE LICITACIÓN. -----

FINALMENTE SE LES RECUERDA QUE EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **02 DE OCTUBRE DE 2024, A LAS 10:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130, DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VER. -----

5. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.-----

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA, LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTE ACTO SON OBLIGATORIOS PARA TODOS Y CON EL **PUNTO 19.1** DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN, DERIVADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE DE AQUELLAS. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".



PUBLÍQUESE LA PRESENTE ACTA EN EL PORTAL DE LA CONVOCANTE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2024/> A EFECTO DE PONERLO A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO, PUDIENDO OBTENER COPIA DE LA MISMA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO. ----- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **19:00 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA. -----

POR LA COMISIÓN DE LICITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA
**SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES**

M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES**

LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN
**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA**

M.C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
**DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL
DE SALUD PÚBLICA**

LAE. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ AGUILAR
**COTIZADOR ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco #31 Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MSI. KARLO POMMIER GRANILLO	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.	
LIC. ROSA ISELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ		

POR EL TESTIGO SOCIAL

NOMBRE	FIRMA
C. OSCAR PÉREZ LÓPEZ	

POR EL LICITANTE

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
BRENDA LIZETH RIVERA JAIMES	C. ALEJANDRO FLORES ARROYO	

-----FIN DEL ACTA-----

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTO CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LPN-103T00000-029-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE " EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MÉDICO, DE LABORATORIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SESVER".