



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 103

Ficha Técnica


NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
TIRAS REACTIVAS PARA PH, INTERVALO 6,5-10, EN INTERVALO DE 0,3 UNIDADES DE PH	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	Caja con 100 tiras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tiras reactivas de pH en intervalo de 6.5 a 10, división de 0.3 unidades de pH
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

103

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
TIRAS REACTIVAS PARA PH, INTERVALO 6,5-10, EN INTERVALO DE 0,3 UNIDADES DE PH	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	Caja con 100 tiras

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Inserto y/o instructivo de uso. <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 109

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO


LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
MEDIO MIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.610.1770	3	FRASCO CON 500 G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medio recomendado para el aislamiento y cultivo de *Mycobacterium Spp.*
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 104

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL RECURSO

NOMBRE GENÉRICO

MEDIO MIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	080.610.1770

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	FRASCO CON 500 G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR <ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

105

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO
REACTIVOS API 20E

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	080.889.0198

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	CAJA CON 25 PRUEBAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Caja de reactivos API 20E que contenga TDA, JAMES, VP1+VP2, NIT1+NIT2 y acceso a la base de datos integral soportada por APIWEB™; es un sistema estandarizado que permite la identificación de Enterobacteriaceae y otros bacilos Gram negativos no exigentes, que incluye 20 tests bioquímicos miniaturizados, así como una base de datos.
- MARCA BIOMÉRIEUX Ref. 20 050.



- Se solicita este insumo debido a que cumple con las especificaciones necesarias para el desarrollo de los procesos, ya que se encuentra validado para las determinaciones establecidas mediante nuestro órgano regulador el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 105

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVOS API 20E	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.889.0198	3	CAJA CON 25 PRUEBAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. • Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE)

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control de
Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 106

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

BACTIDENT OXIDASA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	080.889.0172

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Tubo c/50 varillas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tubo con 50 varillas para la detección de citocromo oxidasa en microorganismos.
- La zona reactiva de la tira de ensayo contiene: dicloruro fenilendiamónico, 0,1 µmol; 1 naftol 1,00,1 µmol
- Cat. 1001810002
- **Marca: Millipore, BD y Difco**



- Se solicita este insumo debido a que cumple con las especificaciones necesarias para el desarrollo de los procesos, ya que se encuentra validado para las determinaciones establecidas mediante nuestros órganos reguladores Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico "Dr. Manuel Martínez Báez" (InDRE) Y la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC)



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 106

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
	BACTIDENT OXIDASA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.889.0172	2	Tubo c/50 varillas

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez" (Indre) Y la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC)

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 107

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PENICILINA/ESTREPTOMICINA 50,000 U/50,000µL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	3	FRASCO CON 100 ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presentación Liquido, en frasco cristal o ámbar o plástico con sello de seguridad.
- Antifúngico
- Producto estéril
- Prevención de la contaminación del cultivo celular
- Condiciones de almacenamiento: De - 5 a - 20 °C





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 107

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
PENICILINA/ESTREPTOMICINA 50,000 U/50,000µL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	3	FRASCO CON 100 ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control de
Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 103

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

Platelia Rabies II Kit (Reactivos para la detección de anticuerpos IgG contra la glicoproteína del virus de la Rabia)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	KIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Nombre del reactivo: Platelia Rabies II KIT
- Reactivos para la detección de anticuerpos IgG contra la glicoproteína del virus de la Rabia)
- Código de producto: 3551180
- Presentación: Kit
- Componentes del equipo: R1 - Microplate 2
- 7360R R2 - Wash Solution (Conc. 10 x), 250 mL 1
- 5180B R3 - Negative Control, 0.6 mL 1 GHS07
- 5180C R4a - Positive Control (Human) 0.5 EU/mL (0.6 mL) 1 GHS07
- 5180D R4b - Positive Control (Human) 4 EU/mL (0.6 mL) 1 GHS07
- 5180E R6 - Sample Diluent, 125 mL 1 GHS07
- 5180F R7 - Conjugate (conc. 10 x), 3 mL 1 GHS07
- 7360G R8 - Substrat Buffer, 60 mL 1
- 7360H R9 - Chromogen, 5 mL 1 GHS05
- 7360J R10 - Stopping Solution, 28 mL
- Temperatura de conservación: 2 a 8 °C
- Uso identificado: Para realizar la detección de los niveles de anticuerpos antirrábicos en personal ocupacionalmente expuesto al virus de la Rabia
- Marca: BIORAD





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 108

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
Platelia Rabies II Kit

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	KIT

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Análisis • Certificado de Lote Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del Laboratorio Estatal
de Salud Pública

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. De Gestión y Control de
Recursos del Laboratorio Estatal de
Salud Pública





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

109

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
REACCIÓN DE COAGLUTINACIÓN PARA HAEMOPHILUS SP	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.081.4410	1	VIAL 1 ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Reacción de coaglutinación para Haemophilus sp, detecta rápidamente los antígenos de Haemophilus influenzae presentes en líquidos corporales humanos o hemocultivos mediante la aglutinación con látex.
- Para 50 pruebas.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 109

Ficha Técnica

NÚMERO PROCESO	DE
-------------------	----

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
REACCIÓN DE COAGLUTINACIÓN PARA HAEMOPHILUS SP

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.081.4410	1	VIAL 1 ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024.
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<p>Inserto y/o instructivo de uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 110

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA Y ESTERIL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	73	FRASCO CON 50 ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Categoría: biológico
- Para uso exclusivo en laboratorio
- Contenido neto: 50 ml
- **MANTENER A 2 A 8°C**
- Se requieren 8 FRASCOS cada mes
- Esteril





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 110

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA Y ESTERIL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	73	FRASCO CON 50 ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 111

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
SAL SULFATO DE GENTAMICINA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	Frasco 5G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Categoría: reactivo analítico
- Para uso exclusivo en laboratorio
- frasco con 5 gramos de contenido
- Temperatura : 2° a 8°C





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

REGLÓN: *II*

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

SAL SULFATO DE GENTAMICINA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 5G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Análisis • Hoja de seguridad Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

[Firma]
M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

[Firma]
LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

112

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO


ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDISCOS FACTOR V (PARA IDENTIFICACIÓN <i>Haemophilus spp.</i>)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	TUBO CON 50 UNIDISCOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Unidiscos factor V;
- tubo con 50 unidiscos impregnados con concentraciones de nicotinanida adnina dinucleótido (nad); se utiliza para la identificación de subespecie de *Haemophilus*.
- Incluye:
- 1 Tapón de resorte y émbolo.
- 1 tableta desecante en cada cartucho.
- 1 Cartucho por paquete.
- Lámina de sellado de cada cartucho individual



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 12

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
UNIDISCOS FACTOR V (PARA IDENTIFICACIÓN Haemophilus spp.)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	TUBO CON 50 UNIDISCOS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERA LLEVARSE A CABO MÀXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÈN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Ficha de seguridad. Inserto y/o instructivo de uso. <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 13

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDISCOS FACTOR X (PARA IDENTIFICACIÓN <i>Haemophilus spp.</i>)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	TUBO CON 50 UNIDISCOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Unidiscos factor X;
- tubo con 50 unidiscos impregnados con concentraciones de hemina; se utiliza para la determinación de especies de *Haemophilus*.
- Incluye:
- 1 Tapón de resorte y émbolo.
- 1 tableta desecante en cada cartucho.
- 1 Cartucho por paquete.
- Lámina de sellado de cada cartucho individual





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 113

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDISCOS FACTOR X (PARA IDENTIFICACIÓN Haemophilus spp.)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	TUBO CON 50 UNIDISCOS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. • Ficha de seguridad. • Inserto y/o instructivo de uso. <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 114

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDISCOS FACTOR X y V (PARA IDENTIFICACIÓN <i>Haemophilus spp.</i>)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	TUBO CON 50 UNIDISCOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Unidiscos factor X y V;
- tubo con 50 unidiscos impregnados con concentraciones de hemina o nicotinamida adenina dinucleótico (NAD); se utiliza para la identificación de especies de *Haemophilus*.
- Incluye:
- 1 Tapón de resorte y émbolo.
- 1 tableta desecante en cada cartucho.
- 1 Cartucho por paquete.
- Lámina de sellado de cada cartucho individual



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

114

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO: FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
UNIDISCOS FACTOR X y V (PARA IDENTIFICACIÓN *Haemophilus spp.*)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	TUBO CON 50 UNIDISCOS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÀBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÈN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Ficha de seguridad. Inserto y/o instructivo de uso. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 115

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
--------------------	--------------------------------------

ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
-----------------------	------------

NOMBRE GENÉRICO	
SANGRE DE CABALLO DESFIBRINADA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
48	FRASCO CON 50 ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Categoría: biológico
- Para uso exclusivo en laboratorio
- Contenido neto: 50 ml
- Mantener a 2 a 8°C
- -Se requieren 4 cada mes
- -Esteril





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 115

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
SANGRE DE CABALLO DESFIBRINADA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	48	FRASCO CON 50 ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha de datos de seguridad • Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 116

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
MEDIO DE ENRIQUECIMIENTO PARA LEPTOSPIRA EMJH	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	2	CAJA CON 6 FRASCOS DE 100 ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medio de enriquecimiento para Leptospira EMJH
- Medio líquido
- Para uso exclusivo de laboratorio





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

116

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO			
MEDIO DE ENRIQUECIMIENTO PARA LEPTOSPIRA EMJH			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	2	CAJA CON 6 FRASCOS DE 100 ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 117

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

ORIGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO


INICIADOR RNAsaP_R: 5' GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT 3'

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	VIAL 200 μM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1. DOCUMENTACIÓN: Certificado de análisis que incluya entre otros: Nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo.
- 2. Secuencia : 5' GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT 3'
- 3. Pares de bases: 20
- 4. Escala de sintetizador: 250 nmol
- 5. Purificación: Desalación estándar.
- 6. Concentración 200 μM



MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 117

Ficha Técnica

NUMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
INICIADOR RNAsaP_R: 5' GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT 3'

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	VIAL 200 μM

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 118

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
INICIADOR MAYV_FNF: 5' CAC GGA CMT TTT GCC TTC A 3'	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	VIAL 200 μM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1. DOCUMENTACIÓN: Certificado de análisis que incluya entre otros: Nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo.
- 2. Secuencia : **5' CACGGACMTTTGCCTTCA 3'**
- 3. Pares de bases: 19
- 4. Escala de sintetizador: 250 nmol
- 5. Purificación: Desalación estándar.
- 6. Concentración 200 μM



MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 118

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
INICIADOR MAYV_FNF: 5' CAC GGA CMT TTT GCC TTC A 3'

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	VIAL 200 µM

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÈN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
del Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 119

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
INICIADOR MAYV_FNR: 5' AGA CTG CCA CCT CTG CTK GAG 3'	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	VIAL 200 μM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1. DOCUMENTACIÓN: Certificado de análisis que incluya entre otros: Nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo.
- 2. Secuencia : **5' AGA CTG CCA CCT CTG CTK GAG 3'**
- 3. Pares de bases: 21
- 4. Escala de sintetizador: 250 nmol
- 5. Purificación: Desalación estándar.
- 6. Concentración 200 μM



MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 119

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

INICIADOR MAYV_FNR: 5' AGA CTG CCA CCT CTG CTK GAG 3'

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	VIAL 200 μM

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requirente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 120

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

ORIGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

NOMBRE GENÉRICO

INICIADOR OROV_FNF: 5' TCC GGA GGC AGC ATA TGT G 3'

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	VIAL 200 μM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1. DOCUMENTACIÓN: Certificado de análisis que incluya entre otros: Nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo.
- 2. Secuencia : 5' TCC GGA GGC AGC ATA TGT G 3'
- 3. Pares de bases: 19
- 4. Escala de sintetizador: 250 nmol
- 5. Purificación: Desalación estándar.
- 6. Concentración 200 μM



MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 120

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
INICIADOR OROV_FNF: 5' TCC GGA GGC AGC ATA TGT G 3'

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	VIAL 200 µM

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERA LLEVARSE A CABO MÀXIMO 15 DÌAS HÀBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA, EN EL ÀREA DEL ALMACÈN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE)

Por el Área Requirente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 121

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--


ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
INICIADOR OROV_FNR: 5' ACA ACA CCA GCA TTG AGC ACT T 3'	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	59	59	N/A	1	VIAL 200 μM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1. DOCUMENTACIÓN: Certificado de análisis que incluya entre otros: Nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo.
- 2. Secuencia : **5' CACGGACMTTTGCCTTCA 3'**
- 3. Pares de bases: 22
- 4. Escala de sintetizador: 250 nmol
- 5. Purificación: Desalación estándar.
- 6. Concentración 200 μM



MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 121

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

INICIADOR OROV_FNR: 5' ACA ACA CCA GCA TTG AGC ACT T 3'

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	59	59	N/A	1	VIAL 200 μM

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requirente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 122

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉTICO

INICIADOR RNAsaP E: 5' AGA TTT GGA CCT GCG AGC G3'

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	59	59	N/A	1	VIAL 200 µM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1. DOCUMENTACIÓN: Certificado de análisis que incluya entre otros: Nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo.
 - 2. Secuencia : **5' AGA TTT GGA CCT GCG AGC G3'**
 - 3. Pares de bases: 19
 - 4. Escala de sintetizador: 250 nmol
 - 5. Purificación: Desalación estándar.
 - 6. Concentración 200 μ M



MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 122

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERIENTE

ORÍGEN DEL
RECURSO

NOMBRE GENÉRICO

INICIADOR RNAsaP_F: 5' AGA TTT GGA CCT GCG AGC G3'

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	VIAL 200 μM

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 123

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

SONDA MAYV_FNP: 5'-VIC-ACA GATCAG ACA TGC AGG-NFQ-MGB 3'

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	VIAL 200 μM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1. DOCUMENTACIÓN: Certificado de análisis que incluya entre otros: Nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo.
- 2. Secuencia : 5'-VIC-ACA GAT CAG ACA TGC AGG-NFQ-MGB 3'
- 3. Marcaje: VIC
- 4. Pares de bases: 18
- 5. Escala de sintetizador: 250 nmol
- 6. Purificación: Desalación estándar.
- 7. Concentración 200 μM



MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 123

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SONDA MAYV_FNP: 5'-VIC-ACA GATCAG ACA TGC AGG-NFQ-MGB 3'	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	VIAL 200 μM

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control de
Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 124

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE
ORIGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

SONDA OROV_FNP: 5'-FAM-CAT TTG AAG CTA GAT ACG G-NFQ-MGB 3'

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	VIAL 200 μM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1. DOCUMENTACIÓN: Certificado de análisis que incluya entre otros: Nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo.
- 2. Secuencia : 5'-FAM-CAT TTG AAG CTA GAT ACG G-NFQ-MGB 3'
- 3. Pares de bases: 19
- 4. Marcaje: FAM
- 5. Escala de sintetizador: 250 nmol
- 6. Purificación: Desalación estándar.
- 7. Concentración 200 μM



MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 124

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SONDA OROV_FNP: 5'-FAM-CAT TTG AAG CTA GAT ACG G-NFQ-MGB 3'	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	VIAL 200 µM

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÀBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÈN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 125

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO


SONDA RNAsaP_Pb:5'-QUASAR 705-TTC TGA CCT GAA GCC TCT GCG CG-3'

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	VIAL 200 μM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1. DOCUMENTACIÓN: Certificado de análisis que incluya entre otros: Nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo.
- 2. Secuencia : **5'-QUASAR 705-TTC TGA CCT GAA GCC TCT GCG CG-3'**
- 3. Pares de bases: 23
- 4. Marcaje: QUASAR 705
- 5. Escala de sintetizador: 250 nmol
- 6. Purificación: Desalación estándar.
- 7. Concentración 200 μM



MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 125

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SONDA RNAsaP_Pb:5'-QUASAR 705-TTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CG-3'	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	VIAL 200 μM

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 126

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

Kits de qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ de un paso

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	KIT CON 500 REACCIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Especificaciones


- Método de detección: Sonda de cebado
- Método de PCR: RT-qPCR de 1 paso
- Polimerasa: ADN polimerasa Taq
- Velocidad de reacción: Estándar
- Para utilizar con (equipo): Sistema 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyIQ
- Línea de productos: Platinum™, SuperScript™
- Tipo de producto: Kit de un solo paso de qRT-PCR
- Condiciones de envío: Hielo seco
- Aplicación: Expresión génica, Detección de patógenos, Detección de virus
- N.º de reacciones: 500 reacciones
- Tipo de muestra: ARN

Contenido y almacenamiento

- 500 µl de mezcla SuperScript™ III/Platinum™ Taq
- 12,5 ml de mezcla de reacción 2X
- 2 x 1 ml de sulfato de magnesio (50 mm)
- 500 µl de tinte de referencia ROX (25 µM)

Almacenar los componentes a -20 °C. El tinte de referencia ROX debe almacenarse protegido de la luz.

Número de catálogo: 11732088 Reactivo especificado por InDRE para la determinación de otros Arbovirus



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 126

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
Kits de qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ de un paso

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	KIT CON 500 REACCIONES

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÀBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA, EN EL ÀREA DEL ALMACÈN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 127

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--



ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO BARRA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA 50.8 X 9.5 MM DE LARGO
--

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	15	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Forma: Cilíndrico
- Aspecto: Liso
- Estructura: Núcleo magnético alnico V
- Recubrimiento: Encapsulado en PTF (Teflón)
- Cuerpo: Redondo
- Anillo: No
- Color: Blanco
- Tamaño: Longitud 50.8 cm, diámetro 9.5 mm de largo
- Utilidad: Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación
- Resistente a: Ataques químicos ácidos y alcalinos, a temperaturas de hasta 510°C (950°F), así como a cambios bruscos de temperatura





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 127

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUIERENTE ORÍGEN DEL RECURSO	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA FASSA 2024					
NOMBRE GENÉRICO						
BARRA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA 50.8 X 9.5 MM DE LARGO						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	15	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 128

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

BARRA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA 25.4 X 8 MM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	15	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Forma: Cilíndrico
- Aspecto: Liso
- Estructura: Núcleo magnético alnico V
- Recubrimiento: Encapsulado en PTF (Teflón)
- Cuerpo: Redondo
- Anillo: No
- Color: Blanco.
- Tamaño: Longitud 25.4 mm, diámetro 8 mm
- Utilidad: Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación
- Resistente a: Ataques químicos ácidos y alcalinos, a temperaturas de hasta 510°C (950°F), así como a cambios bruscos de temperatura





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 128

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
BARRA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA 25.4 X 8 MM	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	15	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 129


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO BARRA MAGNÉTICA PARA AGITACIÓN RECUBIERTA DE MICROTEFLÓN DE 41.3 MM. X 8 MM			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	15	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Forma: Cilíndrico
- Aspecto: Liso
- Material de construcción: Núcleo magnético alnico V
- Recubrimiento: Encapsulado en PTFE (Teflón)
- Cuerpo: Redondo
- Anillo: No
- Color: Blanco
- Tamaño: Longitud 41.3 mm, diámetro 8 mm
- Esterilización en autoclave: Si
- Utilidad: Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación.
- Tamaño: Longitud 7.0 mm, diámetro 2.0 mm
- Resistente a: Ataques químicos ácidos y alcalinos, a temperaturas de hasta 510°C (950°F), así como a cambios bruscos de temperatura.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

129

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

BARRA MAGNÉTICA PARA AGITACIÓN RECUBIERTA DE MICROTEFLÓN DE 41.3
MM. X 8 MM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	15	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

130

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
BARRA MAGNÉTICA PARA AGITACIÓN DE 15.9MM. X 8 MM	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	15	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Forma: Cilíndrico
- Aspecto: Liso
- Estructura: Núcleo magnético alnico V
- Recubrimiento: Encapsulado en PTF (Teflón)
- Cuerpo: Redondo
- Anillo: No
- Color: Blanco.
- Tamaño: Longitud 15.9 mm, diámetro 8 mm
- Utilidad: Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación
- Resistente a: Ataques químicos ácidos y alcalinos, a temperaturas de hasta 510°C (950°F), así como a cambios bruscos de temperatura





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

130

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
BARRA MAGNÉTICA PARA AGITACIÓN DE 15.9MM. X 8 MM	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	15	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024.
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
SESVER
Secretaría de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 13)

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--


ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
CAJA DE PETRI DE PLÁSTICO ESTÉRIL DESECHABLE DE 100 X 15 MM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	080.148.0096	20,000	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAJA DE PETRI DE PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESECHABLE DE 100 X 15 MM.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

13

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--

ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
-----------------	--------------------------------------

ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
--------------------	------------

NOMBRE GENÉRICO

CAJA DE PETRI DE PLÁSTICO ESTÉRIL DESECHABLE DE 100 X 15 MM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	080.148.0096	20,000	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 132

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
CRIOVIALES ROSCA EXTERNA ESTÉRILES 2.0 ML CON FALDÓN

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	4	CAJA CON 500 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ESTERIL
- LIBRE DE DNASAS, RNASAS Y PIRÓGENOS
- FONDO REDONDO CON FALDON
- CUERPO Y TAPON DE ROSCA EXTERNA DE POLIPROPILENO
- ANIILLO DE SILICÓN PARA SELLADO SEGURO
- SOPORTA TEMPERATURA DE HASTA -196°C
- CAT. 430659
- GRADUACION EN NEGRO





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 132

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
CRIOVIALES ROSCA EXTERNA ESTÉRILES 2.0 ML CON FALDÓN	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	4	CAJA CON 500 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

133

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL RECURSO **FASSA 2024**


NOMBRE GENÉRICO

CARTUCHO PARA MASCARILLAS PARA ACIDOS 3M MODELO 6003

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	2	PAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Marca: 3M
- Número: 6003
- Tipo de producto: Cartucho
- Tipo de protección: Gas ácido
- Alivio del olor de nivel molesto: Vapores orgánicos
- Código de color: Amarillo
- Para usar con: Respirador de máscara completa serie 6000 --Respirador de máscara completa serie 7000 Respirador de media máscara serie 6000 Respirador de media máscara serie 7000 FF-400 - Respirador
- Estructura: Poliestireno con contenido de carbón activado.
- Tipo de conexión: Bayonet
- Ancho total: 4.2 pulg.
- Altura total: 3.4 pulg.
- Estándares alcanzados: Aprobado por NIOSH
- Cantidad de paquetes o embalaje: 2 piezas





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

133

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
CARTUCHO PARA MASCARILLAS PARA ACIDOS 3M MODELO 6003	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	2	PAR

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado NIOSH bajo la especificación P95 de la norma 42CFR84. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

134

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

CARTUCHO PARA MASCARILLAS PARA BASES 3 M MODELO 6004

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	2	PAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Marca: 3M
- Número:6004
- Tipo de producto: Cartucho
- Tipo de protección: Amoníaco
- Alivio del olor de nivel molesto: Metilamina
- Código de color: Verde
- Para usar con: Respirador de máscara completa serie 6000 --Respirador de máscara completa serie 7000 Respirador de media máscara serie 6000 Respirador de media máscara serie 7000 FF-400 - Respirador
- Estructura: Poliestireno con contenido de carbón activado.
- Tipo de conexión: Bayonet
- Ancho total: 4.2 pulg.
- Altura total: 3.4 pulg.
- Estándares alcanzados: Aprobado por NIOSH
- Cantidad de paquetes o embalaje: Forma: 2 piezas por paquete o embalaje.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 134

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

CARTUCHO PARA MASCARILLAS PARA BASES 3 M MODELO 6004

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	2	PAR

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

• Vigencia de la contratación:	N/A
• Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
• Garantía y caducidad:	12 MESES
• Capacitación:	N/A
• Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
• Muestras:	N/A
• Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado NIOSH bajo la especificación P95 de la norma 42CFR84. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</p>
• Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

135

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO CARTUCHOS PARA MASCARILLAS PARA VAPORES ORGÁNICOS 3M MODELO 6001	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	6	PAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Marca: 3M
- Número: 6001
- Tipo de producto: Cartucho
- Tipo de protección: Vapores orgánicos
- Código de color: Negro
- Para usar con: Respirador de máscara completa serie 6000 --Respirador de máscara completa serie 7000 Respirador de media máscara serie 6000 Respirador de media máscara serie 7000 FF-400 - Respirador
- Estructura: Poliestireno con contenido de carbón activado.
- Tipo de conexión: Bayonet
- Ancho total: 4.2 pulg.
- Altura total: 3.4 pulg.
- Estándares alcanzados: Aprobado por NIOSH





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

135

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
CARTUCHOS PARA MASCARILLAS PARA VAPORES ORGÁNICOS 3M MODELO 6001	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
6	PAR


CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado NIOSH bajo la especificación P95 de la norma 42CFR84. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: *136*

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
CELDAS DE BORISILICATO DE 12X75 MM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	1	CAJA CON 250 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Celdas de borosilicato de 12x75 mm, caja con 250, número de catálogo 34000





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

136

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
CELDAS DE BORISILICATO DE 12X75 MM	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	1	CAJA CON 250 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de seguridad, • Manual de usuario <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 137

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO


CELDAS DE CUARZO RECTANGULAR TAPA ABIERTO TAPA PTFE 10 MM
DE PASO DE LUZ 3.5ML

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	PAQUETE CON 2 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Celdas de cuarzo rectangular, paquete con 2, tapa abierto, tapa PTFE, 10mm de paso de luz, 3.5mL





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

137

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

**CELDAS DE CUARZO RECTANGULAR TAPA ABIERTO TAPA PTFE 10 MM
DE PASO DE LUZ 3.5ML**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	PAQUETE CON 2 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 138

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

CELULA DE FLUJO PARA INMERSIÓN PARA CELDA DE CONDUCTIVIDAD VIDRIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	1	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Célula de flujo para inmersión, para celda de conductividad, vidrio, No. PARTE 1010001





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 138

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
CELULA DE FLUJO PARA INMERSIÓN PARA CELDA DE CONDUCTIVIDAD VIDRIO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	1	Pieza

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de seguridad, • Manual de usuario <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

139


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
CRONÓMETRO DIGITAL CON ALARMA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	4	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Instrumento: Cronómetro digital con alarma (Traceable, con 3 canales y alarma ajustable).
- Alarma: Con señal acústica y repetición. Audible con volumen ajustable. Recuento descendente hasta cero.
- Resolución: 1 segundo.
- Precisión: 0.001%.
- Canales: 3 canales, pueden operar de manera individual o simultánea.
- Capacidad: 99 horas; 59 minutos y 59 segundos.
- Memoria: Memoria para regresar la pantalla al último tiempo programado.
- Pantalla: Pantalla de iced con 6 dígitos. Recuento descendente hasta cero. Conteo progresivo/regresivo; hora y fecha.
- Medidas: 64 x 60 x 16 mm.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 139

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
CRONÓMETRO DIGITAL CON ALARMA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	4	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 3

RENGLÓN: 140

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
DESECADOR DE NALGENE

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	2	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Desecador de diseño clásico de vacío Nalgene de 250mm.
- Material: Polícarbonato.
- Componentes: Desecador de vacío (Base con tapa) y placa desecante.
- Características: Es ideal para aplicaciones de vacío y sin vacío, y es una alternativa segura y económica frente al vidrio.
- No se rompe ni implosiona al vacío total cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones incluidas con el producto.
- Mantiene un vacío de 28 pulgadas Hg (711 mm) durante 24 horas. Solo para uso a temperatura ambiente.
- Junta tórica de silicona que garantiza su estanqueidad o sellado hermético.
- Llave de paso desmontable, se puede sustituir o retirar en caso necesario. La toma se puede cerrar.
- (tapón incluido) mientras no se utiliza.
- Color: Transparente.
- Resistencia: Ligero y casi irrompible.
- Esterilización: No esterilice en autoclave ni lo exponga a disolventes orgánicos ni sus vapores.
- Presión: Vacío.
- ***Placa desecante de metal-cerámica de 230 mm Nalgene:**
- Descripción: Placa Desecadora de 230mm. Diámetro exterior (imperial) 9.1 pulg, se adapta al desecador clásico Nalgene (5311-0250), así como a los desecadores azules Nalgene de 250 mm (5309-0250 y 5310-0250)
- Cuadrantes numerados para una ubicación sencilla de crisoles y otros recipientes.

HOJA: 2 de 3

RENGLÓN: 140

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
--------------------	--------------------------------------



ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
-----------------------	------------

NOMBRE GENÉRICO
DESECADOR DE NALGENE

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	2	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Seis orificios en cada cuadrante y un orificio central de 3 mm para mejorar el flujo de aire y la eficiencia de secado.
- Esterilización: Autoclave.
- Resistencia: Mayor resistencia a los golpes térmicos y resistente a la corrosión garantizada.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 3 de 3

RENGLÓN: 140

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
DESECADOR DE NALGENE	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A		2	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:


3. Vigencia de la contratación:	N/A
4. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
5. Garantía y caducidad:	12 MESES
6. Capacitación:	N/A
7. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
8. Muestras:	N/A
9. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
10. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 141

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
DOSIFICADOR DISPENSETTE S DIGITAL VOLUMEN 1 A 10 ML, DIVISIÓN DE 0.05 ML	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	2	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- DOSIFICADOR DISPENSETTE S DIGITAL, VOLUMEN DE 1 A 10ML.
- DIVISIÓN DE 0.05ML. SIN VÁLVULA DE PURGA.
- FACILITA DOSIFICAR REACTIVOS AGRESIVOS COMO ÁCIDOS CONCENTRADOS, SOLUCIONES ALCALINAS Y SOLVENTES ORGÁNICOS EN GENERAL (VERIFICAR TABLA DE COMPATIBILIDAD).
- FÁCIL DE DESMONTAR PARA SU LIMPIEZA.
- ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. ROSCA GL 45.
- SE SUMINISTRA CON CÁNULA DE DOSIFICACIÓN,
- TUBO DE ASPIRACIÓN TELESCÓPICO, LLAVE DE MONTAJE Y ADAPTADORES DE PP PARA FRASCO (GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40). INCLUYE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 141

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE
ORIGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

DOSIFICADOR DISPENSETTE DIGITAL VOLUMEN 1 A 10 ML, DIVISIÓN DE 0.05
ML

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	2	PIEZA

CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> CERTIFICADO DE CONFORMIDAD. <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

142

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--



ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
EJE DS-500/2 PARA HOMOGENIZADOR DLAB

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	1	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

EJE DS-500/2 PARA HOMOGENIZADOR DLAB MODELO WT500, NÚMERO DE
PRODUCTO 18900116





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 142

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
EJE DS-500/2 PARA HOMOGENIZADOR DLAB	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	1	Pieza

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de seguridad, • Manual de usuario <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 143



Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO ELECTRODOS LATERALES PARA GTA 120 NÚMERO DE PARTE 6310003400	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	1	PAQUETE CON 2 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ELECTRODOS LATERALES PARA GTA 120 NÚMERO DE PARTE 6310003400
- ELECTRODOS DE GRAFITO





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

143

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

**ELECTRODOS LATERALES PARA GTA 120 NÚMERO DE
PARTE 6310003400**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	PAQUETE CON 2 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

144

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

ELECTRODO CENTRAL PARA GTA 110 NÚMERO DE PARTE 6310001800

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Electrodo central para GTA 110 número de parte 6310001800





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 144

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

ELECTRODO CENTRAL PARA GTA 110 NÚMERO DE PARTE 6310001800

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

145

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO


**ELECTRODOS LATERALES PARA GTA 110 NÚMERO DE PARTE
6310001600**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	PAQUETE CON 2 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ELECTRODOS LATERALES PARA GTA 110 NÚMERO DE PARTE
6310001600
- ELECTRODOS DE GRAFITO



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 145

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

**ELECTRODOS LATERALES PARA GTA 110 NÚMERO DE
PARTE 6310001600**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	PAQUETE CON 2 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 146

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
-----------------	--------------------------------------

ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
-----------------------	------------

NOMBRE GENÉRICO

Electrodo central para GTA 120 número de parte 6310003100
--

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Electrodo central para GTA 120 número de parte 6310003100





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 146

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL
RECURSO **FASSA 2024**

NOMBRE GENÉRICO

**Electrodo central para GTA 120 número de parte
6310003100**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 147

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	

Electrodo para ph, cuerpo epóxico rellenable superficie plana

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	1	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Electrodo para pH, de combinación, con cuerpo epóxico y superficie plana para medidores de la serie Orion. 8135BN Ross
- Intervalo de pH de 0 a 14, precisión de 0.1 unidades de pH, intervalo de temperatura de 0 a 100 °c:
- Referencia interna tipo Ross, junta de fibra de vidrio.
- Solución de llenado de KCl.
- Longitud de 120 mm y diámetro de 12 mm.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 147

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Electrodo para pH, cuerpo epóxico rellenable superficie plana	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	1	Pieza

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de seguridad, • Manual de usuario <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 148

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Embudo de separación con llave de plástico y tapón esmerilado de vidrio capacidad 1000 ml	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	6	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de producto: Embudo de separación.
- Estructura de construcción: Vidrio de borosilicato 3.3 de transparencia cristalina, clase A.
- Capacidad volumétrica: 1000 ML.
- Graduación: N/A.
- Contenido: Llave de teflón
- Tapón: N/A.
- Resistencia: A químicos ácidos y alcalinos.
- Tolerancias: Producto que toleré hasta 500°C, esterilizaciones Continuas, así como choques térmicos por cambios
- Bruscos de temperatura.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

148

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

Embudo de separación con llave de plástico y tapón esmerilado de
vidrio capacidad 1000 ml

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	6	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anáis Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 149

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
ESPÁTULA DOBLE CON CUCHARA ELÍPSOIDAL DE 15CM DE LONGITUD Y MEDIDA DE LA CUCHARA 15X35 MM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	8	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Espátula con cuchara elipsoidal, pulido espejo
- Fabricada en acero inoxidable 304.
- Permite tener contacto con todos los bordes del recipiente previniendo pérdida de material.
- Cuchara de 15 x 35mm y capacidad de 10mL/1.6g aprox.
- Longitud total de 150mm.
- Auto lavable





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 149

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ESPÁTULA DOBLE CON CUCHARA ELÍPSOIDAL DE 15CM DE LONGITUD Y MEDIDA DE LA CUCHARA 15X35 MM	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	8	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 150


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA LONGUITUD TOTAL 220 MM ANCHO DE HOJA 18 MM Y LONGUITUD DE LA HOJA 130 MM	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	8	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de producto: Espátula.
- Material de construcción: Acero inoxidable.
- Estructura de construcción: Robusta, por un extremo forma de punta y el otro redondo.
- Peso: Ligero.
- Material del Mango: de madera.
- Longitud total de la espátula: 220 mm.
- Ancho de la hoja: 18 mm.
- Longitud total de la hoja: 130 mm.
- Resistente: Productos químicos ácidos y alcalinos fuertes, esterilizaciones continuas en autoclave, choques térmicos por cambios bruscos de temperatura.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 150

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA LONGUITUD TOTAL 220 MM ANCHO DE HOJA 18 MM Y LONGUITUD DE LA HOJA 130 MM	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	8	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

151

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

ESPÁTULA ACANALADA DE LONGITUD DE 180 MM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	8	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de producto: Espátula.
- Material de construcción: Acero inoxidable.
- Estructura de construcción: Robusta, por un extremo forma de punta y el otro redondo.
- Peso: Ligero.
- Material del Mango: sin mango.
- Longitud total de la espátula: 220 mm.
- Ancho de la hoja: 18 mm.
- Longitud total de la hoja: 180 mm.
- Ancho del canal: 15 mm.
- Concavidad del canal: 1.0 cm.
- Resistente: Productos químicos ácidos y alcalinos fuertes, esterilizaciones continuas en autoclave, choques térmicos por cambios bruscos de temperatura.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 151

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ESPÁTULA ACANALADA DE LONGITUD DE 180 MM	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	8	PIEZA

CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

152

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
-----------------	--------------------------------------

ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
-----------------------	------------

NOMBRE GENÉRICO

Frasco de polipropileno autoclaveable, boca ancha de 500 ml

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
253	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Frasco de polipropileno autoclaveable,**
- boca ancha con tapa con tapa roscada
- Capacidad de 500 ml
- Esterilizables





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 152

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

**Frasco de polipropileno autoclaveable, boca ancha de 500
ml**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25501	59	N/A	253	Pieza

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Hoja de seguridad, Manual de usuario <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 153

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA					
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024					
NOMBRE GENÉRICO						
GENDARME DE POLIPROPILENO						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	2	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Gendarme o agitador.
- Material: PTFE (politetrafluoretileno).
- Medidas aprox: Longitud total de 150mm.
- Características: Resistente a altas temperaturas.
- Varilla cilíndrica con un extremo plano cortado en diagonal.
- Esterilidad: Esterilizable en autoclave.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 153

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
GENDARME DE POLIPROPILENO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	2	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

154

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

KIT DE MANGUERAS Y CONECTORES PARA VGA-77

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PAQUETE CON EL TOTAL DE PIEZAS POR KIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Kit de mangueras y conectores para VGA-77 Varian No. De parte 9910061900





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

154

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
KIT DE MANGUERAS Y CONECTORES PARA VGA-77	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PAQUETE CON EL TOTAL DE PIEZAS POR KIT

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 155

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL
RECURSO **FASSA 2024**


NOMBRE GENÉRICO
LAMPARA DE CÁTODO HUECO COBRE (Cu)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lámparas monoelementales codificadas de 50 mm
- Calidad: Agilent
- Referencia: 5610101400
- Vida media de la lámpara: 8.000 mAh de funcionamiento.
- Agilent es la marca con la cual el equipo se desempeña favorablemente





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

155

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
LAMPARA DE CÁTODO HUECO COBRE (Cu)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	3	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

156

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

LAMPARA DE CATODO HUECO ALUMINIO (AL)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lámpara de cátodo hueco Aluminio (Al) No. De parte 5610100100





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

156

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
LAMPARA DE CATODO HUECO ALUMINIO (AL)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado del fabricante. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
SESEVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 157


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO LAMPARA DE CATODO HUECO PARA ARSENICO (AS)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lámpara de cátodo hueco Atomax para antimonio Perkin Elmer No. De parte 2025347 ó 5610100200



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 182

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
LAMPARA DE CATODO HUECO PARA ARSENICO (AS)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado del fabricante: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 159

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--


ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
LAMPARA DE CATODO HUECO ANTIMONIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lámpara de cátodo hueco Atomax para antimonio No. De parte 2025347 ó 5610100200





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

158

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

LAMPARA DE CATODO HUECO ANTIMONIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado del fabricante. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 159

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO


LAMPARA DE CATODO HUECO PARA SELENIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lámpara de cátodo hueco Atomax para Selenio Perkin Elmer
No. De parte 2025349 Ó 5610105000





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 159

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
LAMPARA DE CATODO HUECO PARA SELENIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado del fabricante: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

160

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

LAMPARA DE CATODO HUECO CADMIO (CD)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lámpara de cátodo hueco CADMIO (Cd) No. De parte 5610100800





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 160

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL
RECURSO **FASSA 2024**

NOMBRE GENÉRICO
LAMPARA DE CATODO HUECO CADMIO (CD)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado del fabricante: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 161

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

LAMPARA DE CATODO HUECO MERCURIO (HG)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lámpara de cátodo hueco MERCURIO (Hg) No. De parte 5610103400





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 161

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
LAMPARA DE CATODO HUECO MERCURIO (HG)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado del fabricante: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 162

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

LAMPARA DE CATODO HUECO NIQUEL (NI)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lámpara de cátodo hueco NIQUEL (Ni) No. De parte 5610103700





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

162

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
LAMPARA DE CATODO HUECO NIQUEL(NI)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado de calibración del fabricante: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

163

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

LAMPARA DE CATODO HUECO PLOMO (PB)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lámpara de cátodo hueco PLOMO (Pb) No. De parte 5610102900





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

163

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
LAMPARA DE CATODO HUECO PLOMO (PB)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado de calibración del fabricante: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

164

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
LAMPARA DE DEUTERIO LAMP AAD2	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lámpara de deuterio Lamp AAD2, Número de producto G8431-80000



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 164

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
LAMPARA DE DEUTERIO LAMP AAD2	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado del fabricante: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



: SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

165

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--


ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
LÁMPARA DE DEUTERIO UV LAMP

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lámpara de deuterio UV Lamp, número de producto G9820-80000





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV ER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 165

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
LÁMPARA DE DEUTERIO UV LAMP

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado del fabricante: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 166

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO
LAMPARA HALOGENA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lámpara halógena EFM MR16 64607 54123, 8 volts, 50 watts, base GZ6.35





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 166

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
LAMPARA HALOGENA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

167

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--


ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
MANGUERAS DE BOMBEO DE REACTIVOS NEGRA PARA VGA-77

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PAQUETE CON 12 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- MANGUERAS DE BOMBEO DE MUESTRAS NEGRA PAQUETE CON 12 PARA VGA-77 VARIAN NO. DE PARTE 3710027200





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

167

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
MANGUERAS DE BOMBEO DE REACTIVOS NEGRA PARA VGA-77

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PAQUETE CON 12 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

168

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
MANGUERAS DE BOMBEO DE MUESTRAS MORADO PARA VGA-77	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	1	PAQUETE CON 12 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- MANGUERAS DE BOMBEO DE MUESTRAS MORADA PAQUETE CON 12 PARA VGA-77 VARIAN NO. DE PARTE 3710027300



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

16B

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
MANGUERAS DE BOMBEO DE MUESTRAS MORADO PARA VGA-77

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	PAQUETE CON 12 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

169

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
MATRAZ DE PMP 100ML CON TAPA CLASE AS	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	12	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Matraz de PMP (polimetilpentano translúcido) 100mL, volumétrico, con tapa, clase A



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

169

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL
RECURSO **FASSA 2024**

NOMBRE GENÉRICO

MATRAZ DE PMP 100ML CON TAPA CLASE AS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
12	Pieza

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio del laboratorio estatal de salud pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

170

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	

MATRAZ DE PMP 500ML CON TAPA CLASE AS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	12	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Matraz de PMP (polimetilpentano translúcido), 500mL, volumétrico, con tapa, clase AS



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 170

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
MATRAZ DE PMP 500ML CON TAPA CLASE AS	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	12	Pieza

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio del laboratorio estatal de salud pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 171

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

**MATRAZ VOLUMETRICO 25 ML CUELLO ANCHO VIDRIO BOROSILICATO
CLASE A TRANSPARENTE CON GRADUACIÓN DE MARCA TAPÓN DE
POLIERTILENO**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	30	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Matraz Volumétrico de vidrio borosilicato transparente de fondo plano con forma de pera, de cuello largo y delgado. De capacidad de 25 mL. Boca esmerilada con tapón cónico estándar de vidrio esmerilado. Resistente a químicos ácidos y alcalinos.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 17)

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

MATRAZ VOLUMETRICO 25 ML CUELLO ANCHO VIDRIO BOROSILICATO
CLASE A TRANSPARENTE CON GRADUACIÓN DE MARCA TAPÓN DE
POLIERTILENO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	30	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado de calibración del fabricante: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

172

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO DE BOROSILICATO, CAPACIDAD 10
ML, CLASE A

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
12	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Matraz Volumétrico de vidrio borosilicato transparente de fondo plano con forma de pera, de cuello largo y delgado. De capacidad de 10 mL. Boca esmerilada con tapón cónico estándar de vidrio esmerilado. Resistente a químicos ácidos y alcalinos.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

172

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO DE BOROSILICATO CAPACIDAD 10 ML CLASE A

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	12	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado de calibración del fabricante: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 123

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

MATRAZ DE VIDRIO CLASE A ESPECIALES PARA LA PREPARACIÓN DE
REACTIVOS, CON GRADUACIÓN APRÓXIMADA CON LABIO TIPO EL MEYER
ROSCADO CON TAPÓN DE BAQUELITA PARA VOLUMENES DE: 125 ML

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	080.602.0467	12	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- MATRAZ ERLENMEYER 125 mL
- MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO CLASE A ESPECIALES PARA LA PREPARACIÓN DE REACTIVOS. CON GRADUACIÓN APROXIMADA, CON LABIO TIPO ERLENMEYER, ROSCADO CON TAPON DE BAQUELITA PARA VOLUMENES DE: 125 ML





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 173

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO			
MATRAZ DE VIDRIO CLASE A ESPECIALES PARA LA PREPARACIÓN DE REACTIVOS, CON GRADUACIÓN APRÓXIMADA CON LABIO TIPO EL MEYER ROSCADO CON TAPÓN DE BAQUELITA PARA VOLUMENES DE: 125 ML			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	080.602.0467	12	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Conforme ASTM E438: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Arias Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 174

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

MATRAZ AFORADO CON CAPACIDAD DE 2000 ML

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	080.602.1465	5	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Matraz Volumétrico.
- Matraz aforado de borosilicato clase A de 2000 mL con tapón de vidrio
- Tolerancia $\pm 0.6\text{mL}$
- Color de línea de aforo: Blanco o azul.
- Graduaciones: Línea de enrascado (aforo).
- Superficie de escritura: Sí.
- Capacidad :2000 ML.
- Forma: Fondo plano con forma de pera.
- Boca del recipiente: Esmerilada.
- Estilo del cuello: Cuello largo y delgado.
- Tapón: Tapón cónico estándar, de vidrio hueco.
- Clase: Clase A.
- Resistente a: Químicos ácidos y alcalinos. Químicos ácidos y alcalinos.
- Esterilidad: No estéril.
- Etiqueta de información: Color blanco o azul



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 174

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
MATRAZ AFORADO CON CAPACIDAD DE 2000 ML

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	080.602.1465	5	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Conforme ASTM E438: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 175

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE
**ORÍGEN DEL
RECURSO**

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

Papel filtro aflautado de 24 cm Whatman Ø No.1 o Equivalente

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	3	CAJA CON 100 piezas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Papel filtro aflautado de 24 cm Whatman Ø Equivalente



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 175

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Papel filtro aflautado de 24 cm Whatman Ø No.1 o Equivalente	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	3	CAJA CON 100 piezas

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

176

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

PAPEL FILTRO TIPO FIBRA DE VIDRIO "A" DE 8 PULGADAS POR 10 PULGADAS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	3	CAJA CON 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Papel filtro tipo fibra de vidrio.
- Material: Membrana Fibra de vidrio A/E (Vidrio de borosilicato libre de aglutinante).
- Tamaño: 8" x 10" (20.3cm x 25.4cm).
- Retención: Alta resistencia de las tasas de flujo y resistencia en humedad. 99.98% energética retención de aerosol típica.
- Espesor: 330 μ m (13 mL).
- Tamaño Poro: 1 μ m.
- Tasa de Flujo de Agua Típica 0.3 bar (30 kPa, 5 psi): 250 mL / min / cm²
- Tasa de Flujo de Aire Típica 0.7 bar (70 kPa, 10 psi): 60 L / min / cm²
- Esterilización: Autoclave.
- Piezas: 100.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

176

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PAPEL FILTRO TIPO FIBRA DE VIDRIO "A" DE 8 PULGADAS POR 10 PULGADAS	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	3	CAJA CON 100

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 177

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PAPEL FILTRO WHATMAN No. 42 DE 11 CM DE DIÁMETRO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	5	CAJA CON 100 CÍRCULOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Papel filtro tipo Whatman.
- Grado: 42
- Grosor: 200 μm (típico).
- Retención de partículas: 2,5 μm (retención de partículas con eficiencia del 98 %), en líquido máx.
- Peso base: 100 g/m^2 .
- Contenido de cenizas: 0,007 %.
- Flujo de aire: 96 s/100 ml/pulg. ²
- Velocidad de flujo: 5 mL/min (Water flow).
- Resistencia al estallido: 0.048 bar wet burst; 1.723 bar dry burst.
- Resistencia a la tracción: 55.8 N/15 mm, Tensile M/D Dry.
- Velocidad de filtración: 1870 s (Herzberg).
- Material: Celulosa.
- Formato: Círculos de 90 mm de diámetro.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 177

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PAPEL FILTRO WHATMAN No. 42 DE 11 CM DE DIAMETRO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	5	CAJA CON 100 CÍRCULOS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 178

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

PINZAS DE ACERO INOXIDABLE BORDE PLANO MANGO DE POLIPROPILENO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	9	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Pinzas de bordes planos.
- Uso sugerido: Soporte de papel filtro.
- Material: Pinzas de acero inoxidable, con mango de polipropileno.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

178

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PINZAS DE ACERO INOXIDABLE BORDE PLANO MANGO DE POLIPROPILENO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	9	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 3

RENGLÓN: 179

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

PIPETÁ AUTOMÁTICA DE VOLUMEN VARIABLE 200 A 1000 MICROLITROS
--

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	5	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Instrumento: Micropipeta electrónica de volumen variable
- Características: Monocanal
- Capacidad de medición: 200 a 1000 μ L.
- Diseño: Mango ergonómico y adaptable a la mano.
- Concepto: Manejo claro.
- Vástago: Desenroscable, Esterilizable en autoclave a 121°C.
- Volumen nominal: Código azul.
- Mango: Forma sencilla y ergonómico.
- Función: programable
- Alimentación eléctrica: Batería de NiHM recargable a 110 volt, 50/60 Hz.
- Cono o soporte de la punta.
- Eje de la micropipeta, que une la empuñadura o cuerpo con el soporte de la punta. En algunos modelos puede tener acoplado el eyector.
- Bloqueo del ajuste del volumen: la mayoría de micropipetas poseen este mecanismo para evitar cambios accidentales en la configuración de volumen seleccionado durante el pipeteo.

(código de colores)	volumen, μ L	Incremento, μ L	Volumen de prueba	ERRORES DE MEDICIÓN MÁXIMOS INCREMENTO PERMITIDOS			
				SISTEMÁTICOS	ALEATORIOS	$\pm 0.60\%$	$\pm 6 \mu$ L
200 - 1000	5	1000	1000	$\pm 0.60\%$	$\pm 6 \mu$ L	$\pm 0.20\%$	$\pm 2 \mu$ L
			500	$\pm 0.70\%$	$\pm 3.5 \mu$ L	$\pm 0.25\%$	$\pm 1.25 \mu$ L
			200	$\pm 0.90\%$	$\pm 1.8 \mu$ L	$\pm 0.30\%$	$\pm 0.6 \mu$ L



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 3

RENGLÓN: 179

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
PIPETÁ AUTOMÁTICA DE VOLUMEN VARIABLE 200 A 1000 MICROLITROS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	5	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

--

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 3 de 3

RENGLÓN: 179

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUMEN VARIABLE 200 A 1000 MICROLITROS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
5	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:


7. Normas/Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N//A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Ariadna Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 180


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO			
PIPETAS SEROLÓGICAS DE PLÁSTICO ESTÉRIL DE 25 ML CON SUBDIVISIONES DE 0.1			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	9	BOLSA CON 100 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PIPETAS SEROLÓGICAS DE PLÁSTICO ESTÉRIL DE 25 ML CON SUBDIVISIONES DE 0.1.
- Pipeta graduada desechable de 1ml estéril con subdivisiones de 0.5 mL
- Bolsa con 100 piezas en paquete individual





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 182

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PIPETA SEROLÓGICA DE PLÁSTICO ESTÉRIL DE 25 ML CON SUBDIVISIONES DE 0.1	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	9	BOLSA CON 100 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 18)

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERIENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO


PROBETA GRADUADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON ESCALA DUAL Y
SUBDIVISIÓN DE 1 mL BASE HEXAGONAL CAPACIDAD 500 mL CLASE A

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
8	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo :Probeta graduada.
- Escala: Dual en color blanco o azul.
- Tolerancia: Con indicación de la tolerancia en la probeta.
- Capacidad :500 mL.
- Forma: Redondo, con boquilla cónica para vertir fácilmente.
- Tipo base: Hexagonal de vidrio.
- Material: Vidrio borosilicatado 3.3 de transparencia cristalina.
- Clase: Clase A.
- Graduaciones:5 mL.
- Resistente a: Químicos ácidos y alcalinos.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

181

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
--------------------	--------------------------------------

ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
-----------------------	------------

NOMBRE GENÉRICO

PROBETA GRADUADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON ESCALA DUAL Y
SUBDIVISIÓN DE 1 ML BASE HEXAGONAL CAPACIDAD 500 ML CLASE A

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	8	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	DIN 12680, BS 604, ISO 4788: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 182


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PROBETA GRADUADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON ESCALA DUAL Y SUBDIVISIÓN DE 1 mL BASE HEXAGONAL CAPACIDAD 100 mL CLASE A	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	9	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo :Probeta graduada.
- Escala: Dual en color blanco o azul.
- Tolerancia: Con indicación de la tolerancia en la probeta.
- Capacidad :100 mL.
- Forma: Redondo, con boquilla cónica para vertir fácilmente.
- Tipo base: Hexagonal de vidrio.
- Material: Vidrio borosilicatado 3.3 de transparencia cristalina.
- Clase: Clase A.
- Graduaciones:1 mL.
- Resistente a: Químicos ácidos y alcalinos.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

182

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PROBETA GRADUADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON ESCALA DUAL Y SUBDIVISIÓN DE 1 ML BASE HEXAGONAL CAPACIDAD 100 ML CLASE A	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	9	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	DIN 12680, BS 604, ISO 4788. ASTM E1272. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 183

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO		
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024	
NOMBRE GENÉRICO		
PROBETA GRADUADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON ESCALA DUAL Y SUBDIVISION DE 1ML BASE HEXAGONALCAPACIDAD 250 ML CLASE A		

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	9	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo :Probeta graduada.
- Escala: Dual en color blanco o azul.
- Tolerancia: Con indicación de la tolerancia en la probeta.
- Capacidad :250 mL.
- Forma: Redondo, con boquilla cónica para vertir fácilmente.
- Tipo base: Hexagonal de vidrio.
- Material: Vidrio borosilicatado 3.3 de transparencia cristalina.
- Clase: Clase A.
- Graduaciones: 2 mL.
- Resistente a: Químicos ácidos y alcalinos.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 183

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO			
PROBETA GRADUADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON ESCALA DUAL Y SUBDIVISION DE 1ML BASE HEXAGONALCAPACIDAD 250 ML CLASE A			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	9	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	DIN 12680, BS 604, ISO 4788. ASTM E1272: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N//A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 184

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

ORIGEN DEL
RECURSO


NOMBRE GENÉRICO

PROBETA GRADUADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON ESCALA DUAL Y
SUBDIVISION DE 1ML BASE HEXAGONALCAPACIDAD 50 ML CLASE A

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	5	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo :Probeta graduada.
- Escala: Dual en color blanco o azul.
- Tolerancia: Con indicación de la tolerancia en la probeta.
- Capacidad: 50 mL.
- Forma: Redondo, con boquilla cónica para vertir fácilmente.
- Tipo base: Hexagonal de vidrio.
- Material: Vidrio borosilicatado 3.3 de transparencia cristalina.
- Clase: Clase A.
- Graduaciones: 1 mL.
- Resistente a: Químicos ácidos y alcalinos.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 184

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PROBETA GRADUADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON ESCALA DUAL Y SUBDIVISION DE 1ML BASE HEXAGONALCAPACIDAD 50 ML CLASE A	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	5	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	DIN 12680, BS 604, ISO 4788. ASTM E1272: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 185

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

PROBETA GRADUADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON ESCALA DUAL Y
SUBDIVISION DE 0.2ML BASE HEXAGONAL CAPACIDAD 25 ML CLASE A

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	5	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo : Probeta graduada.
- Escala: Dual en color blanco o azul.
- Tolerancia: Con indicación de la tolerancia en la probeta.
- Capacidad: 25 mL.
- Forma: Redondo, con boquilla cónica para vertir fácilmente.
- Tipo base: Hexagonal de vidrio.
- Material: Vidrio borosilicatado 3.3 de transparencia cristalina.
- Clase: Clase A.
- Graduaciones: 0.2 mL.
- Resistente a: Químicos ácidos y alcalinos.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 185

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PROBETA GRADUADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON ESCALA DUAL Y SUBDIVISION DE 0.2ML BASE HEXAGONAL CAPACIDAD 25 ML CLASE A	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	5	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	DIN 12680, BS 604, ISO 4788. ASTM E1272: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

136

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PROBETA GRADUADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON ESCALA DUAL Y SUBDIVISIÓN DE 1ML, BASE HEXAGONAL, CAPACIDAD 1000 ML, CLASE A	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	12	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Probeta graduada.
- Color de escala: Blanco o azul.
- Tolerancia: Con indicación de la tolerancia en la probeta.
- Capacidad :1000 mL.
- Forma: Redondo, con boquilla cónica para vertir fácilmente.
- Tipo base: Hexagonal de vidrio.
- Material: Vidrio borosilicatado 3.3 de transparencia cristalina.
- Clase: Clase A.
- Graduaciones:10 mL.
- Resistente a: Químicos ácidos y alcalinos.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 186

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PROBETA GRADUADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON ESCALA DUAL Y SUBDIVISIÓN DE 1 ML, BASE HEXAGONAL, CAPACIDAD 1000 ML, CLASE A	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	12	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	DIN 12680, BS 604, ISO 4788. ASTM E1272. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Añais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

187

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

Refractario de vidrio cuadrado ancho 26 cm altura 5 cm

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	10	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Refractario de vidrio cuadrado de 26x26mm por 5cm de alto
- Autoclavable



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

187

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

Refractario de vidrio cuadrado ancho 26 cm altura 5 cm

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	10	Pieza

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Hoja de seguridad, manual de usuario: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

188

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

SISTEMA DE FILTRACIÓN MILLIPORE CON EMBUDO DE VIDRIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	3	KIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Sistema de filtración millipore (KIT).
- Componentes:
 - 1) Embudo de vidrio de borosilicato 47 mm de diámetro (Portafiltros de vidrio área aprox. 9.6 cm²)
 - 2) Embudo de vidrio de borosilicato con teflón y con capacidad de 300 mL.
 - 3) Pinza de aluminio anodinado con resorte y tapón de silicona tratado con parileno del número 8.
 - 4) Pantalla inoxidable soporte de filtro.
 - 5) Junta de Teflón para soporte de pantalla.
- Resistencia: Químicos ácidos y bases fuertes.
- Esterilización: Esterilización UV o autoclave.
- Presión: Vacío.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

188

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

SISTEMA DE FILTRACIÓN MILLIPORE CON EMBUDO DE VIDRIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	KIT

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Conforme ASTM E438: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 189

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIREnte	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

TERMÓMETRO DE INMERSION TOTAL DE -10°C A 50°C

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	8	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Termómetro de inmersion total, modelo: Lo-tox, intervalo: -10°C a 50°C
- Longitud: 305 mm
- Relleno del termómetro: alcohol azul
- Intervalo de temperatura (métrico): de -10°C a + 50°C
- Exactitud: de ± 0.5 °C
- Tipo de inmersion: inmersion parcial
- Material: vidrio
- Temperatura máxima: 50°C
- Temperatura mínima: -10°C
- Subdivisión: 1.0°C
- Con tapón sin rosca azul y anillo de suspensión de seguridad
- Inmersion: 76mm





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

189

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
--------------------	--------------------------------------

ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
-----------------------	------------

NOMBRE GENÉRICO

TERMÓMETRO DE INMERSION TOTAL DE -10°C A 50°C

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	8	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado de trazabilidad: Que sea trazable al CENAM o su equivalente, dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

190

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL
RECURSO **FASSA 2024**


NOMBRE GENÉRICO

**TUBOS DE GRAFITO PARTICIONADO CON CUBIERTA PIROLÍTICA, PARA
ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	059	N/A	6	CAJA CON 10 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tubos de grafito particionado con cubierta pirolítica, para Espectrofotómetro de absorción atómica marca Varian, No. De parte Agilent 63-100012-00





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 190

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

TUBOS DE GRAFITO PARTICIONADO CON CUBIERTA PIROLÍTICA, PARA
ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	059	N/A	6	CAJA CON 10 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 191


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	ÁREA REQUIERENTE ORÍGEN DEL RECURSO	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA FASSA 2024
<p>NOMBRE GENÉRICO TUBOS NESSLER, CILÍNDRICO, CON TAPA, DE VIDRIO BOROSILICATO, 50 ML</p>		

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	25	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TUBO DE NESSLER DE VIDRIO DE BOROSILICATO, CAPACIDAD 50 ML, SIN TAPA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 191

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
TUBOS NESSLER, CILÍNDRICO, CON TAPA, DE VIDRIO BOROSILICATO, 50 ML	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	25	Pieza

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Hoja de seguridad, manual de usuario: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 192


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024	NOMBRE GENÉRICO
VARILLA DE VIDRIO DE 6 MM DE DIÁMETRO Y 40 CM LARGO		

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	5	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Producto: Varilla de agitación o Bagueta.
- Forma: Cilíndrica muy fina.
- Material de construcción: Vidrio macizo de borosilicato 3,3.
- Diámetro externo: 6 mm.
- Longitud: 40 cm.
- Terminación de bordes: Redondeados y lisos.
- Resistente: Reactivos químicos ácidos y alcalinos fuertes.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 92

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

VARILLA DE VIDRIO DE 6 MM DE DIÁMETRO Y 40 CM DE LARGO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
5	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anáis Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 193


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA					
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024					
NOMBRE GENÉRICO						
VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO CAPACIDAD 50 ML						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	15	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Vaso de precipitado.
- Color de escala: Esmalte blanco o azul.
- Capacidad: 50 mL.
- Forma: Redondo, pared gruesa reforzada con anillo superior reforzado. Que tenga boquilla cónica para verter fácilmente.
- Tipo base: Fondo plano.
- Material: Vidrio borosilicatado 3.3 de transparencia cristalina.
- Clase: Clase 2.
- Graduaciones: Sí.
- Resistente a químicos ácidos y alcalinos, así como choques térmicos por cambios bruscos de temperatura.
- Superficie de escritura: Sí.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

193

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO CAPACIDAD 50 ML	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	15	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Conforme ASTM E438. Incluir certificado de lote: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hérnida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 194

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
VASO DE PRECIPITADO DE POLIPROPILENO CAPACIDAD 2000 ML	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	5	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Vaso de precipitado.
- Color de escala: Esmalte blanco o azul.
- Capacidad: 2000 mL.
- Forma: Redondo, pared gruesa reforzada con anillo superior reforzado.
- Boquilla cónica para verter fácilmente.
- Tipo base: Fondo plano.
- Material: Polipropileno translúcido.
- Graduación: Permanente con relieve.
- Resistente a: Autoclavables, Esterilizaciones continuas, temperaturas de hasta 510°C (950°F), químicos ácidos y alcalinos, así como choques térmicos por cambios bruscos de temperatura.
- Superficie de escritura: Sí.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

194

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
VASO DE PRECIPITADO DE POLIPROPILENO CAPACIDAD 2000 ML	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	5	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Normas ISO 7056 – 1981 y B5104. INCLUIR CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE LOTE: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anahí Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 195

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO CAPACIDAD 1000 mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	10	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Vaso de precipitado.
- Color de escala: Esmalte blanco o azul.
- Capacidad: 1000 mL.
- Forma: Redondo, pared gruesa reforzada con anillo superior reforzado. Que tenga boquilla cónica para verter fácilmente.
- Tipo base: Fondo plano.
- Material: Vidrio borosilicatado 3.3 de transparencia cristalina.
- Clase: Clase 2.
- Graduaciones: Si.
- Resistente a: Esterilizaciones continuas, temperaturas de hasta 510°C (950°F), químicos ácidos y alcalinos, así como choques térmicos por cambios bruscos de temperatura.
- Superficie de escritura: Si.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 195

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO CAPACIDAD 1000 mL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	10	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Conforme ASTM E438. Incluir certificado de lote: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

196


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO CAPACIDAD 100 mL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	10	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Vaso de precipitado.
- Color de escala: Esmalte blanco o azul.
- Capacidad: 100 mL.
- Forma: Redondo, pared gruesa reforzada con anillo superior reforzado. Que tenga boquilla cónica para verter fácilmente.
- Tipo base: Fondo plano.
- Material: Vidrio borosilicatado con grado 3.3 de transparencia cristalina.
- Clase: Clase 2.
- Graduaciones: Sí.
- Resistente a químicos ácidos y alcalinos, así como choques térmicos por cambios bruscos de temperatura.
- Superficie de escritura: Sí.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

196

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO CAPACIDAD 100 mL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	10	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Conforme ASTM E438. Incluir certificado de lote: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 197

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO 2000 ML

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	10	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Vaso de precipitado.
- Color de escala: Esmalte blanco o azul.
- Capacidad: 2000 mL.
- Forma: Redondo, pared gruesa reforzada con anillo superior reforzado. Que tenga boquilla cónica para verter fácilmente.
- Tipo base: Fondo plano.
- Material: Vidrio borosilicatado con grado 3.3 de transparencia cristalina.
- Clase: Tipo 1, Clase A.
- Graduaciones: Sí.
- Superficie de escritura: Sí.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 197

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO 2000 ML	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	10	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Conforme ASTM E438. Incluir certificado de lote: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 190

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 600 ML

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	10	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo :Vaso de Precipitado.
- Color de escala:Esmalte blanco o azul.
- Capacidad :600 ML.
- Forma:Redondo, pared gruesa reforzada con anillo superior reforzado.
- Que tenga boquilla cónica para vertir fácilmente.
- Material:Vidrio borosilicatado 3.3 de transparencia cristalina.
- Clase: Clase 2.
- Graduaciones:Si.
- Resistente a:Esterilizaciones continuas, temperaturas de hasta 510°C (950°F), químicos ácidos y alcalinos, así como choques térmicos por cambios bruscos de temperatura.
- Graduaciones:Si.
- Superficie de escritura:Si.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 198

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCSO	
---------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
--------------------	--------------------------------------

ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
-----------------------	------------

NOMBRE GENÉRICO

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 600 ML

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	10	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	Conforme ASTM E438: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 109


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO			
VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO CON CAPACIDAD 250 ML			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	080.951.0613	10	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Vaso de precipitado.
- Color de escala: Esmalte blanco o azul.
- Capacidad: 250 ML.
- Forma: Redondo, pared gruesa reforzada con anillo superior reforzado.
- Que tenga boquilla cónica para vertir fácilmente.
- Tipo base: Fondo plano.
- Material: Vidrio borosilicatado 3.3 de transparencia cristalina.
- Clase: Clase 2.
- Graduaciones: Si.
- Resistente a: Esterilizaciones continuas, temperaturas de hasta 510°C (950°F), químicos ácidos y alcalinos, así como choques térmicos por cambios bruscos de temperatura.
- Graduaciones: Si.
- Superficie de escritura: Si.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 199

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO CON CAPACIDAD 250 ML

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	080.951.0613	10	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Conforme ASTM E438: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 200


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO CON CAPACIDAD 500 ML	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	080.951.0639	11	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Vaso de precipitado.
- Color de escala: Esmalte blanco o azul.
- Capacidad :500 ML.
- Forma: Redondo, pared gruesa reforzada con anillo superior reforzado.
- Que tenga boquilla cónica para vertir fácilmente.
- Tipo base: Fondo plano.
- Material: Vidrio borosilicatado 3.3 de transparencia cristalina.
- Clase: Clase 2.
- Graduaciones: Si.
- Resistente a: Esterilizaciones continuas, temperaturas de hasta 510°C (950°F), químicos ácidos y alcalinos, así como choques térmicos por cambios bruscos de temperatura.
- Graduaciones: Si.
- Superficie de escritura: Si.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 200

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

**ÁREA
REQUERENTE** LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
**ORÍGEN DEL
RECURSO** FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO CON CAPACIDAD 500 ML

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	080.951.0639	11	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Conforme ASTM E438: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 201


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
VIALES DE 2ML PARA HORNO DE GRAFITO CÓNICO POLIETILENO NO.PARTE 9910028200	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	5	PAQUETE CON 1000 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Viales de 2ml para horno de grafito cónico polietileno
- No. parte 9910028200





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 201

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
VIALES DE 2ML PARA HORNO DE GRAFITO CÓNICO POLIETILENO NO.PARTE 9910028200	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	N/A	5	PAQUETE CON 1000 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 202

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

VIALES PARA MUESTRA TURBIDIMETRO TU5200

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	PAQUETE CON 2 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Viales para muestra para Turbidímetro TU5200.
- Pieza con 2 viales.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 202

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
VIALES PARA MUESTRA TURBIDIMETRO TU5200

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	PAQUETE CON 2 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

