

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO
MÉTODO Y LIMITACIONES

MÉTODO DE ENSAYO

EVR-M-002 Dengue NS1 Ag ELISA de sándwich
EVR-M-016 Dengue IgM ELISA de Captura PANBIO

LIMITACIONES

Sueros ictericos o lipémicos, o sueros que muestren la hemólisis o el crecimiento microbiano no se debe utilizar.

El uso de sangre completa u otra matriz no ha sido evaluada.

El diagnóstico de una infección reciente por el virus de Dengue solo puede establecerse de una manera definitiva en conjunto de signos y síntomas del paciente, el resultado de un solo ensayo no constituye por sí mismo una prueba suficiente para el diagnóstico de una infección reciente.

La reactividad cruzada con otros flavivirus es común (ej. Encefalitis de San Luis, Encefalitis Japonesa, Virus del Oeste del Nilo y fiebre amarilla). Estas enfermedades deben ser excluidas antes de confirmar el diagnóstico.

En caso de obtener un resultado Negativo o Indeterminado y se sospecha de infección reciente por virus Dengue el cliente podrá solicitar de nuevo el análisis enviando nueva muestra 7 días después de la primera toma