



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ

SS
SECRETARÍA DE
SALUD

SESVER
SERVICIOS DE SALUD
DE VERACRUZ

**LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO
MÉTODO Y LIMITACIONES**

MÉTODOS DE ENSAYO

EVR-M-007 Sarampión IgM ELISA

EVR-M-009 Sarampión IgG ELISA

LIMITACIONES

No se deben de utilizar sueros que no estén completamente coagulados, lipemicas ni muestras contaminadas microbiológicamente. En caso de que la muestra contenga partículas (p. ej. Coágulos de fibrina, eritrocitos), ésta deberá ser retirada antes de empezar el ensayo. El uso de sangre competía u otra matriz no ha sido evaluada.

Los resultados de esta prueba deberán interpretarse siempre de acuerdo con la historia clínica del paciente, la sintomatología clínica y otras observaciones

En caso de obtener un resultado Negativo o indeterminado y se sospecha de infección reciente por el virus el cliente podrá solicitar de nuevo el análisis enviando nueva muestra 7 días después de la primera toma.