



LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Circular No. SESVER/LESP/DE/36/2025

Hoja 1/1

Asunto: Recepción de muestras para el diagnóstico de Tuberculosis.
Clasificación: 13S.2 Diagnóstico Epidemiológico.

Veracruz, Ver., a 22 de Septiembre de 2025.

**-CLIENTES OFICIALES
-CLIENTES PARTICULARES
PRESENTE.**

263!

Con la finalidad de continuar con la mejora en nuestro servicio, les hacemos un recordatorio referente a las muestras que envían para el diagnóstico de Tuberculosis, estas deben venir en nevera única, no compartida con muestras para otros diagnósticos. Lo anterior, es con el objetivo de no contaminar el resto de las muestras en caso de un derrame y evitar rechazo definitivo.

Así mismo, se hace un llamamiento para enviar el contenedor o recipiente primario, dentro de una bolsa de plástico transparente para evitar fuga de material biológico.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

"Por suplencia del titular del Laboratorio Estatal de Salud Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto fracción XVI del Acuerdo que crea el Laboratorio Estatal de Salud Pública como órgano Desconcentrado de los Servicios de Salud de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial el miércoles 5 de junio de 2002".

Q.C. Martha Enedina Iturbide Sosa
Jefe del Departamento de Diagnóstico Epidemiológico



[Firma]



C.c.p C.c.p. Dra. Kathia Guadalupe Rodríguez González -Secretaria Técnica de Servicios de Salud de Veracruz. Presente.

Dra. María Luisa Sánchez Murrieta. -Directora de Salud Pública de Servicios de Salud de Veracruz. Mismo fin.

Dr. Roberto Alonso García Diaz. -Director de Atención Médica de Servicios de Salud de Veracruz. Mismo fin.

Dra. Dulce María Espejo Guevara. -Jefa del Depto. de Vigilancia Epidemiológica de Servicios de Salud de Veracruz. Mismo fin.

Lic. Anais Andrade Hermida. -Jefa del Departamento de Gestión y Control de Recursos. Mismo fin.

L.I. José Roberto Ruiz Vega. -Coordinador de Estadística e Informática. Para su publicación.

Q.C. María Elena Cruz Francisco. -Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad. Mismo fin.

L.A. Fabiola Oliveros Hernández. -Responsable del Módulo de Servicio al Cliente. Mismo fin.

M.E.I.S. Deyanira Barranco Morales. -Jefa de Recepción de Muestras. Mismo fin.

[Firma]
MEIS/DBM/ads

Av Eucalipto S/N Lote 7 Mza. IZC Fracc. Framboyanes

Cd. Industrial Bruno Pagliai

C.P. 91697, Veracruz, Veracruz

Tel. 229 9812951, 229 9811390

<http://www.ssaver.gob.mx/lesp/>



POR AMOR A
VERACRUZ